

Consultas Realizadas

Licitación 410162 - Adquisición de Insumos para DIGECIPOA

Consulta 1 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2022
Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega de los bienes a 45 días corridos, ya que el lead time de las importaciones ha aumentado considerablemente y no se puede garantizar la provisión en el plazo requerido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
VER ADENDA N° 2		

Consulta 2 - Item N° 4 - Bolsa homogenizadora

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2022
Favor indicar si se puede ofertar una bolsa estéril con esponja seca, de dimensiones similares, de 14 x 19 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
Podrá ofertarse la dimensión propuesta ya que las medidas establecidas en la Carta de Invitación son aproximadas. Ver Adenda N° 2		

Consulta 3 - Item N° 5 - Bolsa homogenizadora

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2022
Favor indicar si se puede ofertar una bolsa para homogeneizar muestras, estéril, sin esponja, de dimensiones similares, de 32 x 18 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
Podrá ofertarse la dimensión propuesta ya que las medidas establecidas en la Carta de Invitación son aproximadas. Ver Adenda N° 2		

Consulta 4 - Item N° 6 - Bolsa Esterilizadas con inhibidor de cloro

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2022
Favor indicar si se puede ofertar una bolsa estéril con hiposulfito de sodio de dimensiones similares, de 14 x 19 cm, cuya capacidad es de 300 mL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
Podrá ofertarse la dimensión propuesta ya que las medidas establecidas en la Carta de Invitación son aproximadas. En cuanto a la capacidad favor ajustarse a lo establecido en las EETT. Ver Adenda N° 2		

Consulta 5 - Item Nº 9 - Agujas hipodermicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2022
Favor indicar si se puede ofertar una aguja doble bisel, de 18G x 1 1/2", de uso veterinario, porque no indica medidas de las agujas solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
VER ADENDA Nº 2		

Consulta 6 - Item Nº 10 - Tubo con tapa

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2022
Favor indicar si se puede ofertar un tubo de plástico de 10 ml, tipo Vacutainer, para 9 ml de sangre, con activador de coagulación aplicado por aspersión en la pared interior del tubo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
Se puede ofertar con esas características, siempre que sean del tipo Vacutainer de 10ml como indica la especificación técnica		

Consulta 7 - Item Nº 11 - Gradilla para tubos

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2022
Favor indicar si se puede ofertar una gradilla para 12 tubos para sangría de 10 ml, porque no indica la cantidad de tubos necesarios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
Ver Adenda Nº 2		

Consulta 8 - Item Nº 13 - Hisopo en tubo

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2022
Favor verificar si es correcta la cantidad de diluyente indicada en la especificación y a que diluyente se refiere en la misma		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-05-2022
VER ADENDA Nº 2		