

## Consultas Realizadas

### Licitación 414539 - LPN SBE 75-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL IPS

#### Consulta 1 - ITEM 3 FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,7 - 1,8 M2

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
<p>Solicitamos a la convocante aclarar que podrán cotizarse Filtros capilar sintético material Poliestersulfona ya que el mismo es de la familia sulfona, existen 03 tipos de polisulfonas, la polisulfona (PSU) la poliestersulfona (PES) y la polifenilenosulfona (PPSU) la membrana de nuestro producto esta realizada de Poliestersulfona (PES) solicitamos amablemente se expidan sobre este punto para evitar controversias posterior a la presentación de la oferta. aclarar de ante mano dicho punto, solo favorecerá a la competitividad.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
<p>Se aclara que el oferente deberá remitirse a lo establecido en la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, en el apartado: Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, dado que las Especificaciones Técnicas se encuentran establecidas de acuerdo al Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente aprobado por la Máxima Autoridad de la Institución. Se aclara que teniendo en cuenta que la Poliestersulfona es uno de los 3 polímeros de la familia de las Polisulfonas utilizadas a nivel comercial, mencionado material será considerado válido para ser ofertado.</p>		

#### Consulta 2 - ITEM 3 FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,7 - 1,8 M2

Consulta	Fecha de Consulta	12-07-2022
<p>Favor aclarar si requieren de alto o bajo flujo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
<p>Se aclara que se requieren filtros de bajo flujo.</p>		

#### Consulta 3 - LOTE N°10 - ITEM N°1 - FILTRO CAPILAR DE 0,5 - 0,6 M2 DE SUPERFICIE CORPORAL

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2022
<p>SOLICITAMOS QUE EL RANGO SOLICITADO SEA AMPLIADO PARA UNA MAYOR PARTICIPACION EN ESTE TIPO DE FILTROS PEDIATRICOS. Y QUE SEA DE LA SGUIENTE MANERA: FILTRO CAPILAR PARA HEMODIÁLISIS DE FIBRAS SINTÉTICAS Y / O CELULÓSICAS DE 0,5 - 0,8 M2 DE SUPERFICIE CORPORAL</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
<p>Se aclara que el oferente deberá remitirse a lo establecido en la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, en el apartado: Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, dado que las Especificaciones Técnicas se encuentran establecidas de acuerdo al Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente aprobado por la Máxima Autoridad de la Institución. Se Aclara que podrá ofertarse medidas que van desde 0,5 a 0,6M2 de superficie corporal.</p>		

### Consulta 4 - Para el Ítem N° 2:

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2022
<p>Donde dice: Filtro capilar para hemodiálisis sintética de 1,2 - 1,4 M2. - Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN,SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO ó rayos gamma</p> <p>Consulta: Con el objeto de permitir la mayor cantidad de participantes solicitamos que se incluya la membrana de POLIESTERSULFONA, ya que cuenta con un alto coeficiente de ultrafiltración y es de última generación, también solicitamos que se considere ampliar el rango de capacidad/superficie del filtro de 1.2 m2. - 1.5 m2.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
<p>Se aclara que el oferente deberá remitirse a lo establecido en la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, en el apartado: Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, dado que las Especificaciones Técnicas se encuentran establecidas de acuerdo al Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente aprobado por la Máxima Autoridad de la Institución. Se aclara que teniendo en cuenta que la Poliestersulfona es uno de los 3 polímeros de la familia de las Polisulfonas utilizadas a nivel comercial, mencionado material será considerado válido para ser ofertado. Se Aclara que podrá ofertarse medidas que van desde 1,2 a 1,4M2 de superficie corporal. Se aceptaran filtros de 1,2 m2 1,3 m2 -1,4 m2.</p>		

### Consulta 5 - Para el Ítem N° 3:

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2022
<p>Donde dice: Filtro capilar para hemodiálisis sintéticas de 1,7-1,8 M2. - Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN,SPAN), Polisulfona, poliamida, polimetilmetacrilato (PMMA), policarbonato, etilenvinilalcohol (EVAL). Esterilizado con ETO ó rayos gamma.</p> <p>Consulta: Con el objeto de permitir la mayor cantidad de participantes solicitamos que se incluya la membrana de POLIESTERSULFONA, ya que cuenta con un alto coeficiente de ultrafiltración y es de última generación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
<p>Se aclara que el oferente deberá remitirse a lo establecido en la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, en el apartado: Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, dado que las Especificaciones Técnicas se encuentran establecidas de acuerdo al Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente aprobado por la Máxima Autoridad de la Institución. Se aclara que teniendo en cuenta que la Poliestersulfona es uno de los 3 polímeros de la familia de las Polisulfonas utilizadas a nivel comercial, mencionado material será considerado válido para ser ofertado.</p>		

### Consulta 6 - Para el Ítem N° 10:

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2022
<p>Donde dice: FILTRO CAPILAR PARA HEMODIÁLISIS DE FIBRAS SINTÉTICAS Y / O CELULÓSICAS DE 0,5 - 0,6 M2 DE SUPERFICIE CORPORAL. - Poliacrilonitrilo (AN 69,PAN,SPAN), Polisulfona, Poliamida, Polimetilmetacrilato (PMMA), Policarbonato, Etilenvinilalcohol (EVAL), Acetato o Triacetato de Celulosa. Medida: 0,5 - 0,6 M2. Esterilizado con ETO ó rayos gamma.</p> <p>Consulta: Con el objeto de permitir la mayor cantidad de participantes solicitamos que se incluya la membrana de POLIESTERSULFONA, ya que cuenta con un alto coeficiente de ultrafiltración y es de última generación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
<p>Se aclara que el oferente deberá remitirse a lo establecido en la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, en el apartado: Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, dado que las Especificaciones Técnicas se encuentran establecidas de acuerdo al Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente aprobado por la Máxima Autoridad de la Institución. Se aclara que teniendo en cuenta que la Poliestersulfona es uno de los 3 polímeros de la familia de las Polisulfonas utilizadas a nivel comercial, mencionado material será considerado válido para ser ofertado.</p>		

## Consulta 7 - MUESTRA DE PRODUCTO

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2022
En caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de producto de la misma marca y procedencia pero de diferentes medidas, ¿Será suficiente la presentación de uno de ellos, acompañado con una declaración jurada para los demás ítems en la que el oferente se compromete en caso de ser adjudicado en los mismos, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente? Es importante mencionar que este criterio ha sido adoptado por el IPS en convocatorias anteriores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 8 - LOTE N°2 Y LOTE N°3 - EE.TT - FILTRO CAPILAR P/HEMODIALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2022
Solicitamos aclarar si se podrá ofertar Filtro capilar sintético material Poliestersulfona, ya que el mismo es de la familia Polisulfona, a nivel comercial existen 03 tipos de polisulfonas, la polisulfona (PSU), la poliestersulfona (PES) y la polifenilenosulfona (PPSU), la membrana de nuestro producto está realizada de Poliestersulfona (PES). Solicitamos amablemente expidan aclaración sobre este tema para evitar controversias posterior a la presentación de la oferta, aclarar de ante mano dicho punto, solo favorecerá a la competitividad, es importante aclarar que este criterio ha sido adoptado por el IPS en convocatorias anteriores como la LPN SBE N°14/20 con ID: 377.531.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
Se aclara que el oferente deberá remitirse a lo establecido en la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, en el apartado: Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, dado que las Especificaciones Técnicas se encuentran establecidas de acuerdo al Cuadro Básico de Dispositivos Médicos Vigente aprobado por la Máxima Autoridad de la Institución. Se aclara que teniendo en cuenta que la Poliestersulfona es uno de los 3 polímeros de la familia de las Polisulfonas utilizadas a nivel comercial, mencionado material será considerado válido para ser ofertado.		

## Consulta 9 - PLAN DE ENTREGA DE BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2022
La convocante dentro de la cantidad mínima del 80%, solicita hasta los (20) días calendarios. Solicitamos a la convocante ampliar el rango a 30 días calendarios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones.		

## Consulta 10 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2022
<p>En el PBC en la seccion de Experiencia Requerida para la evaluación de la experiencia, dice lo siguiente: " Demostrar la experiencia en provisión de Insumos de Nefrología con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017 2018 2019 2020 2021) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación."</p> <p>Asi como está redactado SOLAMENTE estarán PARTICIPANDO LAS DOS UNICAS EMPRESAS QUE SIEMPRE GANAN TODO y entre ellas dos acuerdan quien gana en uno u otro llamado, por tanto, teniendo en cuenta la normativa vigente que menciona que los llamados deberán ser transparentes, se solicita respetuosamente a la convocante que habilite la libre competencia y que amplie la posibilidad de que mas oferentes puedan participar del llamado, beneficiando a todos ya que al haber una competencia real se abaratan los precios y mejorarán la calidad de los productos ofertados. Por lo que se solicita que se amplie los requerimientos de la experiencia y pudiendo ser el siguiente:</p> <p>" Demostrar la experiencia en provisión de insumos médicos con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017 2018 2019 2020 2021) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 11 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2022
<p>en el PBC en la seccion de Capacidad Tecnica para la evaluación de la experiencia, dice lo siguiente: " a. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de la Adquisición de insumos para Nefrología donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2017 2018 2019 2020 2021). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).."</p> <p>Asi como está redactado SOLAMENTE estarán PARTICIPANDO LAS DOS UNICAS EMPRESAS QUE SIEMPRE GANAN TODO y entre ellas dos acuerdan quien gana en uno u otro llamado, por tanto, teniendo en cuenta la normativa vigente que menciona que los llamados deberán ser transparentes, se solicita respetuosamente a la convocante que habilite la libre competencia y que amplie la posibilidad de que mas oferentes puedan participar del llamado, beneficiando a todos ya que al haber una competencia real se abaratan los precios y mejorarán la calidad de los productos ofertados. Por lo que se solicita que se amplie los requerimientos de la experiencia y pudiendo ser el siguiente:</p> <p>" a. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de la Adquisición de insumos médicos donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2017 2018 2019 2020 2021). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 12 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2022
<p>DONDE DICE Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de la Adquisición de insumos para Nefrología donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2017 2018 2019 2020 2021). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). Solicitamos a la convocante incluir Facturación en entes privados devidos a que los mismos no realizan actas o recepcion final.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 13 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2022
<p>en el punto donde dice, Demostrar la experiencia en provisión de Insumos de Nefrología con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017 2018 2019 2020 2021) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación. Solicitamos a la convocante que este punto pueda quedar de la siguiente forma, Demostrar la experiencia en provisión de Insumos con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017 2018 2019 2020 2021) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 14 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2022
<p>DONDE DICE Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de la Adquisición de insumos para Nefrología donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2017 2018 2019 2020 2021). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). Solicitamos a la convocante incluir Facturación en entes privados devidos a que los mismos no realizan actas o recepcion final.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 15 - LOTE 2 ITEM 1 FILTRO CAPILAR P/HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,7 - 1,8 M2

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2022
Donde se solicita Filtro Capilar para hemodiálisis sintéticas de 1,7 1,8 m2 Sugerimos a la convocante modificar la medida solicitada a 1,8 m <sup>2</sup> con un rango de $\pm 0,1m^2$ , para obtener mayores ofertas y que la convocante se vea beneficiada con una variedad de ofertas al momento de la evaluación. En la práctica cotidiana y clínica el tener mayor variedad de posibilidades en los tratamientos de Hemodiálisis podría ser beneficioso para el paciente y para el servicio de Nefrología.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 16 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2022
Solicitamos a la convocante poder realizar cambios en la entrega mínima de 20% a 8 días corridos poder entregar los 20% a los 60 días corridos desde la entrega de la orden de compra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 17 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2022
Solicitamos a la convocante poder realizar cambios en la entrega mínima del 80% a los 20 días corridos poder entregar a los 60 días corridos desde la entrega de la orden de compra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 18 - Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2022
Donde solicitan Fotocopia autenticada del Certificado de Registro Sanitario vigente, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) según corresponda al Ítem Ofertado, solicitamos a la convocante poder entregar mesa de entrada de estar en trámite dicho registro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 19 - Precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2022
Solicitamos a la convocante que puedan aumentar en el lote 4 set de dialisis los precios referenciales de 36.941gs a 44.000gs esto obedece al aumento de los precios en las Importaciones a nivel mundial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los Datos Cargados en el SICP.		