

Consultas Realizadas

Licitación 416050 - CVE SBE 31-22 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

Consulta 1 - PUNTO 12 DESGLOSE DE PRECIOS Y FORMULARIO DE OFERTA

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
<p>Punto 5. En caso de que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.</p> <p>En caso de admitirse el sistema de adjudicación por Abastecimiento Simultáneo: NO APLICA</p> <p>Solicitamos a la Convocante modificar el sistema de adjudicación al sistema de Abastecimiento Simultaneo, a modo de que la Institución posea más de una empresa proveedora en el llamado en cuestión. Dando así mayor posibilidad de participación dentro de la institución.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 2 - PRECIOS REFERENCIALES

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
<p>Solicitamos a la Convocante verificar los precios referenciales del llamado para todos los ítems solicitados. Es importante notar que estos se encuentran fuera del precio actual del mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el SICP.</p>		

Consulta 3 - TECNICOS ESPECIALIZADOS

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
<p>El PBC solicita que La Empresa adjudicada deberá contar con un staff mínimo de 3 (tres) Técnicos o Ingenieros certificados encargados del mantenimiento de las Máquinas de Hemodiálisis con una disponibilidad horaria de 24 horas al día los 7 días de la semana a fin de que puedan cubrir de manera inmediata las necesidades que puedan surgir con los equipos en el Servicio de Nefrología</p> <p>Solicitamos a la convocante que permita que el staff sea de al menos 1 (un) técnico o ingeniero encargado de las Máquinas de Hemodiálisis o que cuenta con documento respaldatorio por parte del fabricante o representante. Así también que se tenga un tiempo mayor de respuesta a las solicitudes, considerando que podrían ser necesarios repuestos para que los equipos queden operativos y las empresas no cuentan con atención 24 horas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
<p>El Servicio de Nefrología del Hospital Central del IPS funciona en forma diaria y continua. Lo solicitado es a fin de evitar volver a padecer situaciones en las cuales se vean comprometida la integridad del tratamiento de Hemodiálisis a los asegurados. Se aceptará como certificado la documentación respaldatoria por parte del fabricante de los equipos de Hemodiálisis. En referencia al tiempo de espera en los casos que el equipo requiera de repuestos y los mismos no puedan ser sustituidos en el plazo establecido, en el punto 26 del apartado Datos de la Licitación, se especifica que la empresa deberá notificar la situación. Por tanto, el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 4 - EXPERIENCIA SOLICITADA

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
<p>El punto 9.1 . Requisitos documentales para evaluar el presente criterio. Menciona en el punto 4-La experiencia solicitada de 5 (cinco) años o más en la materia, con documentación certificada y avalada por al menos 3 (tres) establecimientos públicos y/o privados sobre el buen desempeño de la contratista (funcionamiento de monitores de hemodiálisis y valoración de las prestaciones del servicio técnico), es a fin de evitar volver a pasar por situaciones que hagan ofrecer un servicio NO adecuado a la necesidad de los asegurados.</p> <p>Solicitamos a la convocante pueda ampliar la experiencia a otros equipos médicos, no solo a lo referente a equipos de hemodiálisis</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 5 - Especificaciones Técnicas - ITEMS 1 AL 4

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
<p>Solicitamos a la Convocante aclarar si los insumos solicitados en los ítems 1 al ítem 4 deben ser de la misma marca del equipo en Comodato.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
<p>Se aclara que, para los ítems 1 y 2, podrán ser de una marca diferente al equipo de Hemodiálisis siempre y cuando ambos concentrados (Solución A y Solución B) sean de la misma marca comercial y compatibles con el equipo ofertado. En cuanto a los ítems 3 y 4, serán aceptados de una marca diferente, siempre y cuando cumplan con las EETT establecidas en el PBC.</p>		

Consulta 6 - Especificaciones Técnicas Equipo en Comodato

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Monitor de Hemodiálisis / Maquina de Hemodiálisis En el Punto 3.4 EL PBC solicita El equipo deberá ser apto para funcionar con Bicarbonato líquido y con cartucho de Bicarbonato en polvo. Solicitamos a la Convocante aceptar indistintamente bolsa de Bicarbonato en polvo, es decir con cartucho y/o bolsa de Bicarbonato en polvo, a fin de dar mayor oportunidad a los oferentes en detrimento a lo establecido en la Legislación Vigente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.		

Consulta 7 - Especificaciones Técnicas Equipo en Comodato

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Monitor de Hemodiálisis / Maquina de Hemodiálisis En el Punto 3.11 EL PBC solicita Pantalla LCD: táctil de alta resolución. Monitor giratorio en los 3 ejes. Solicitamos a la Convocante que dicha especificación técnica sea considerada como opcional, ya que existen diferentes tecnologías en cuanto a la solicitada, a fin de evitar direccionamiento y dar mayor oportunidad a los oferentes en detrimento a lo establecido en la Legislación Vigente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.		

Consulta 8 - Especificaciones Técnicas Equipo en Comodato

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Monitor de Hemodiálisis / Maquina de Hemodiálisis En el Punto 3.18 EL PBC solicita Perfil de Bicarbonato de sodio programable. Solicitamos a la Convocante que dicha especificación técnica sea considerada como opcional, ya que existen diferentes tecnologías en cuanto a la solicitada, a fin de evitar direccionamiento y dar mayor oportunidad a los oferentes en detrimento a lo establecido en la Legislación Vigente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.		

Consulta 9 - Especificaciones Técnicas Equipo en Comodato

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Monitor de Hemodiálisis / Maquina de Hemodiálisis En el Punto 3.20 EL PBC solicita Hemofiltración, Hemodiafiltración en línea (ampliación futura). Solicitamos a la Convocante que dicha especificación técnica sea considerada como opcional o en todo caso eliminar dichas especificaciones, a fin de evitar direccionamiento y dar mayor oportunidad a los oferentes en detrimento a lo establecido en la Legislación Vigente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.		

Consulta 10 - Especificaciones Técnicas Equipo en Comodato

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Monitor de Hemodiálisis / Maquina de Hemodiálisis En el Punto 4.2 EL PBC solicita Conductividad de Bicarbonato: en el rango de 2 uS/cm o menor a 7 uS/cm o mayor. Solicitamos a la Convocante reformular lo establecido en dicho punto, y expresar de forma genérica para todos los oferentes, tal como se expone en el siguiente ejemplo: Monitorización de la concentración del bicarbonato en mmol/l en un rango de +/- 8 mmol/l		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.		

Consulta 11 - Especificaciones Técnicas Equipo en Comodato

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Monitor de Hemodiálisis / Maquina de Hemodiálisis En el Punto 4.4 EL PBC solicita Flujo de dializado: 300 ml/min o menor a 600 ml/min o mayor. Solicitamos a la Convocante elevar el flujo a 800 ml/min a fin de obtener mayor prestación del equipo solicitado, en consideración al beneficio del usuario final del equipo (el paciente).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
Se aclara que en el PBC establece el Flujo del Dializado 600 ml/min o mayor, se considerará como válido un flujo de 800 ml/min.		

Consulta 12 - Especificaciones Técnicas Equipo en Comodato

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Monitor de Hemodiálisis / Maquina de Hemodiálisis En el Punto 5.2 EL PBC solicita Monitoreo de presión de la sangre venosa en un rango de -100 mm Hg o menor a +300 mm Hg o mayor. Solicitamos a la Convocante reformular la solicitud de la prestación del equipo, a rangos generales que evitan el direccionamiento hacia una marca específica, por ejemplo, en un rango de: -20 mm Hg o menor, a +390 mm Hg o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
Se aclara que en las EETT se establece una presión de sangre venosa en rango de menos 100 mmHg o menor a más 300 mmHg o mayor, y teniendo en cuenta que el rango de menos 20 mmHg o menor a más 390 mmHg o mayor se encuentra comprendido dentro del rango solicitado por la Convocante, se considerará como válido.		

Consulta 13 - Especificaciones Técnicas Equipo en Comodato

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Monitor de Hemodiálisis / Maquina de Hemodiálisis En el Punto 5.3 EL PBC solicita Presión transmembrana en un rango de -100 mm Hg o menor a +400 mm Hg o mayor. Solicitamos a la Convocante reformular la solicitud de la prestación del equipo, a rangos generales que evitan el direccionamiento hacia una marca específica, por ejemplo, en un rango de: -60 mm Hg a +500 mm Hg o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
Se aclara que en las EETT se establece una presión Trasmembrana en rango de menos 100 mmHg o menor a más 400 mmHg o mayor, y teniendo en cuenta que el rango de menos 60 mmHg o menor a más 500 mmHg o mayor se encuentra comprendido dentro del rango solicitado por la Convocante, se considerará como válido.		

Consulta 14 - Especificaciones Técnicas Equipo en Comodato

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Monitor de Hemodiálisis / Maquina de Hemodiálisis En el Punto 9.3 EL PBC solicita Duración batería interna: 15 (quince) minutos como mínimo. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con batería interna cuya duración sea de 14 (catorce) minutos como mínimo, a fin de dar mayor oportunidad a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.		

Consulta 15 - Especificaciones Técnicas - ITEM 1, 2, 3 y 4

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Solicitamos a la Convocante aclarar si los insumos solicitados en los ítems 1, 2, 3 y 4 deben ser de la misma marca del equipo en Comodato?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
Para los ítems 1 y 2, podrán ser de una marca diferente al equipo de Hemodiálisis siempre y cuando ambos concentrados (Solución A y Solución B) sean de la misma marca comercial y compatibles con el equipo ofertado. En cuanto a los ítems 3 y 4, serán aceptados de una marca diferente, siempre y cuando cumplan con las EETT establecidas en el PBC.		

Consulta 16 - Especificaciones Técnicas Equipo en Comodato

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Monitor de Hemodiálisis / Maquina de Hemodiálisis En el Punto 10.2 EL PBC solicita Las máquinas ofertadas deberán ser compatibles con el uso de cualquiera de las marcas y formulaciones de los líquidos de Hemodiálisis (Bicarbonato y Ácido), sets de tubuladuras arterio-venosas, filtros capilares, que se comercializan en el mercado nacional. Solicitamos a la Convocante eliminar dicho requisito ya que es imposible que todas las marcas sean compatibles una con otras con los equipos solicitados en situación de comodato, por ende solicitamos que los insumos sean de la misma que el equipo en comodato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
Se aclara que se considerará válido los insumos de la misma marca del Equipo de Hemodiálisis en Comodato a de una marca compatible con el Equipo.		

Consulta 17 - Punto 12 Precio y Formulario de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Punto 5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas. En caso de admitirse el sistema de adjudicación por Abastecimiento Simultáneo: NO APLICA Solicitamos a la Convocante admitir el sistema de adjudicación por Abastecimiento Simultaneo, permitiendo de este modo, la posibilidad de que la Institución posea más de una empresa proveedora de los insumos solicitados en el llamado en cuestión.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 18 - PRECIOS REFERENCIALES

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la Convocante reformular los precios referenciales establecido para todos los ítems solicitados, ya que los mismos, se encuentran fuera del rango del precio del mercado, eso, sin tener en cuenta el cargo del costo financiero que acarrea proveer al Estado Paraguayo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el SICP.

Consulta 19 - CAPACIDAD FINANCIERA

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la Convocante reformular el requisito de Capital Operativo (activo corriente pasivo corriente) para oferentes en consorcio, El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15 % (quince por ciento) del monto total de la oferta (en caso de contrato abierto por monto mínimo y monto máximo, deberá ser por el monto máximo del llamado), lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2021). Es decir que dicho requerimiento sea considerado y evaluado como la sumatoria de todos los integrantes del Consorcio, y no como se encuentra actualmente en el PBC donde solo se menciona el 50% del requerimiento, evidentemente por un error en la formulación del mismo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 20 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

El PBC Solicita Demostrar la experiencia en Uso de Equipos de Hemodiálisis e Insumos para Hemodiálisis en el mismo País o dentro del Mercosur con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017 2018 2019 2020 2021) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.

Solicitamos a la Convocante brindar una mayor oportunidad de participación a los potenciales oferentes, en aceptar experiencia de Uso de Equipos de Hemodiálisis e Insumos para Hemodiálisis en el mismo País o dentro del Mercosur, correspondiente al año 2022, es decir ampliar su rango, de la siguiente manera (2017 2018 2019 2020 2021 y/o 2022).

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 21 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la Convocante, en el caso de Oferentes en Consorcio, aceptar que la experiencia solicitada sea la sumatoria de los integrantes del Consorcio, y/o que solo una de las empresas consorcio cumpla con el 100% de lo solicitado en el requisito.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
------------------	---------------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 22 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante aclarar que los puntos solicitados en el apartado de capacidad técnica puedan ser cumplido al 100% por cualquiera de las empresas que integran el consorcio, sin necesidad de que la misma sea el Líder del Consorcio.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 23 - ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitan 3.11: Pantalla LCD: 10 pulgadas como mínimo medida diagonalmente para la visualización de los principales parámetros del tratamiento simultáneamente por parte del operador, táctil de alta resolución. Monitor giratorio en los 3 ejes.

Solicitamos para una mayor participacion que la Pantalla LCD 10 pulgadas solicitada pueda no ser tactil y no giratorias o en su Defecto que la opcion Tactil y Giratorio sea OPCIONAL en el punto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.

Consulta 24 - ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
----------	-------------------	------------

3.18

Solicitan

Perfil de Bicarbonato de sodio programable.

Solicitamos para una mayor participacion que el Perfil de Bicarbonato de sodio programable. SEA OPCIONAL Y NO DESCALIFICATORIO.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.

Consulta 25 - ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
----------	-------------------	------------

3.2

SOLICITAN

Posibilidad de realizar además de Hemodiálisis Convencional, Diálisis de Alto Flujo, Hemofiltración, Hemodiafiltración en línea (ampliación futura).

SOLICITAMOS PARA UNA MAYOR PARTICIPACION QUE EL PUNTO SEA OPCIONAL Y NO DESCALIFICATORIO

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.

Consulta 26 - ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
9.3 SOLICITAN Duración batería interna: 15 (quince) minutos como mínimo. SOLICITAMOS PARA UNA MAYOR PARTICIPACION QUE EL PUNTO DIGA 10 (DIEZ) MINUTOS COMO MINIMO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.		

Consulta 27 - ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
4.2 SOLICITAN Conductividad de Bicarbonato: en el rango de 2 uS/cm o menor a 7 uS/cm o mayor SOLICITAMOS QUE EL PUNTO PARA UNA MAYOR PARTICIPACION SEA OPCIONAL Y NO DESCALIFICATIVO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.		

Consulta 28 - ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
4.2 SOLICITAN Conductividad de Bicarbonato: en el rango de 2 uS/cm o menor a 7 uS/cm o mayor SOLICITAMOS PARA UNA MAYOR PARTICIPACION LO SOLICITADO EN EL PUNTO SEA OPCIONAL Y NO DESCALIFICATORIO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 4.		

Consulta 29 - EETT ITEM 3: FILTRO CAPILAR PARA HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,5 - 1,6 M2:

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial ya que según las EETT el precio debe ser de G. 132.000, esto atendiendo al precio actual del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el SICP.		

Consulta 30 - EETT ITEM 4: FILTRO CAPILAR PARA HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,7 - 1,8 M2:

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial ya que según las EETT el precio debe ser de G. 132.000, esto atendiendo al precio actual del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el SICP.		

Consulta 31 - EETT ITEM 5: LÍNEAS ARTERIO-VENOSAS PARA HEMODIÁLISIS

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial ya que según las EETT el precio debe ser de G. 38.500, esto atendiendo al precio actual del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el SICP.		

Consulta 32 - PRECIO REFERENCIAL ITEM 6: AGUJA PARA FISTULA ARTERIOVENOSA 16 G:

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial ya que según las EETT el precio debe ser de G. 11.000, esto atendiendo al precio actual del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el SICP.		

Consulta 33 - ITEM 1: SOLUCIÓN CONCENTRADA ÁCIDA PARA HEMODIÁLISIS (SOLUCIÓN: A)

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial ya que se encuentra muy por debajo al precio actual del mercado por lo que el precio según las EETT debe ser de G. 11.734 por litro		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el SICP.		

Consulta 34 - ITEM 2 SOLUCIÓN CONCENTRADA DE BICARBONATO PARA HEMODIÁLISIS (SOLUCIÓN: B):

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Solicitamos amablemente la modificación del precio referencial ya que se encuentra muy por debajo al precio actual del mercado por lo que el precio según las EETT debe ser de G. 11.570 por litro		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el SICP.		

Consulta 35 - EE TT ITEMS 1 Y 2:

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si la presentación para la entrega de ambos ítems, deberá ser bidón por 5 litros, ya que esta es la presentación que existe en el mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
-----------	--------------------	------------

Se aclara que la presentación de ambos ítems es en bidón por 5 (cinco) litros.

Consulta 36 - SISTEMA DE ADJUDICACION ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
----------	-------------------	------------

Considerando convocatorias anteriores publicadas por el IPS, donde se solicitaban grandes cantidades, esta convocante había establecido que la adjudicación sería en ABASTECIMIENTO SIMULTANEO hasta 3 oferentes, por lo tanto atendiendo al gran volumen y naturaleza del producto, se solicita que la presente convocatoria sea nuevamente en abastecimiento simultáneo y se modifique de la siguiente manera:

- En caso de que exista 1 (una) sola oferta, y esta cumpla con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del presente llamado, oferente por la cantidad máxima de todos los ítems y la capacidad para ejecutar el contrato, la convocante podrá adjudicar a dicha oferta la totalidad de lo ofertado.
- En caso de que exista 2 (dos) ofertas. La adjudicación se distribuirá de la siguiente forma: 60% para la oferta mejor calificada, 40% para la siguiente mejor calificada que acepte adecuar su precio al de la oferta evaluada como la más baja.
- En caso de que exista 3 (tres) ofertas. La adjudicación se distribuirá de la siguiente forma: 50% para la oferta mejor calificada, 30% para la siguiente mejor calificada y 20% para la siguiente mejor calificada, que las dos siguientes ofertas acepten adecuar su precio al de la oferta evaluada como la más baja.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 37 - Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
----------	-------------------	------------

SOLICITAN:

8-Acta De Fijación De Precios

Para los ítems 1 y 2: Copia autenticada del acta de fijación de precios según corresponda al producto ofertado, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, en forma legible y emitida con anterioridad a la fecha de apertura.

Observación: El precio ofertado no deberá superar el 65% (sesenta y cinco por ciento) del precio fijado en el Acta de Fijación de Precios expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria actualizado y Vigente; atendiendo al principio de economía y eficiencia.

CONSULTA: REFERENTE AL PUNTO, SI LOS ITEMS 1 Y 2 ESTAN REGISTRADOS COMO DISPOSITIVOS MEDICOS SEGUN LAS NUEVAS NORMAS, ACLARAR QUE LA PRESENTACION DEL ACTA DE FIJACION DE PRECIOS YA NO APLICA SI NO ESTA REGISTRADA COMO ESPECIALIDADES FARMACEUTICA.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
-----------	--------------------	------------

Se aclara que si los ítems 1 y 2 a ser ofertados están registrados por DINAVISA como Dispositivos Médicos, NO será necesaria la presentación del Acta de Fijación de Precios.

Consulta 38 - TECNICOS ó INGENIEROS ESPECIALIZADOS

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
<p>El PBC solicita que La Empresa adjudicada deberá contar con un staff mínimo de 3 (tres) Técnicos o Ingenieros certificados encargados del mantenimiento de las Máquinas de Hemodiálisis con una disponibilidad horaria de 24 horas al día los 7 días de la semana a fin de que puedan cubrir de manera inmediata las necesidades que puedan surgir con los equipos en el Servicio de Nefrología.</p> <p>Favor aclarar a que se refiere con disponibilidad horaria de 24 horas al día los 7 días de la semana?, es imposible la Presencia física de 3 Técnicos las 24hs de los 7 días de la Semana por lo cual solicitamos sea aceptada que el encargado de dicho servicio técnico sea 1 técnico o ingeniero capacitado y certificado por el fabricante y que el tiempo de respuesta para solucionar cualquier problema que tuviere las maquinas no sea superior a 2 horas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
<p>Se aclara que el Servicio de Nefrología del Hospital Central del IPS funciona en forma diaria y continua. Al solicitar un staff mínimo de 3 (tres) Técnicos o Ingenieros, es a fin de poder contar con la asistencia técnica del equipo en todo momento teniendo en cuenta que como seres humanos sabemos que una persona puede enfermarse, tiene derecho a vacaciones o puede estar fuera de la ciudad, entre otras situaciones, lo que se pretende es que éstos acontecimientos NO afecten a la solicitud hecha a la empresa. Esto NO significa que deberán estar presentes dentro del Servicio de Nefrología en forma física las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sino que lo que se busca es que al solicitar la asistencia del equipo, una persona pueda asistir a la brevedad posible al Servicio para evaluar el equipo. La empresa en forma interna está en todo su derecho de decidir si va a nombrar a un encargo principal o va a ser indistintamente el funcionario que acuda al llamado. En cuanto al tiempo de respuesta, se aceptará hasta 120 minutos, siempre y cuando el Servicio cuente con los equipos de Contingencia operativos.</p>		

Consulta 39 - TECNICOS ó INGENIEROS ESPECIALIZADOS

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
<p>El PBC solicita que La Empresa adjudicada deberá contar con un staff mínimo de 3 (tres) Técnicos o Ingenieros certificados encargados del mantenimiento de las Máquinas de Hemodiálisis con una disponibilidad horaria de 24 horas al día los 7 días de la semana a fin de que puedan cubrir de manera inmediata las necesidades que puedan surgir con los equipos en el Servicio de Nefrología.</p> <p>Solicitamos sea aceptada que el encargado de dicho servicio técnico sea 1 (UN) técnico o ingeniero capacitado y certificado por el fabricante .</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2022
<p>Se aclara que el Servicio de Nefrología del Hospital Central del IPS funciona en forma diaria y continua. Al solicitar un staff mínimo de 3 (tres) Técnicos o Ingenieros, es a fin de poder contar con la asistencia técnica del equipo en todo momento teniendo en cuenta que como seres humanos sabemos que una persona puede enfermarse, tiene derecho a vacaciones o puede estar fuera de la ciudad, entre otras situaciones, lo que se pretende es que éstos acontecimientos NO afecten a la solicitud hecha a la empresa. Esto NO significa que deberán estar presentes dentro del Servicio de Nefrología en forma física las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sino que lo que se busca es que al solicitar la asistencia del equipo, una persona pueda asistir a la brevedad posible al Servicio para evaluar el equipo. La empresa en forma interna está en todo su derecho de decidir si va a nombrar a un encargo principal o va a ser indistintamente el funcionario que acuda al llamado. En cuanto al tiempo de respuesta, se aceptará hasta 120 minutos, siempre y cuando el Servicio cuente con los equipos de Contingencia operativos.</p>		