

# **Consultas Realizadas**

# Licitación 416407 - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 33/2022 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL COMPLEJO SANTO DOMINGO"

Consulta 1 - Ítem Nº 2 Monitor multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 05-08-2022

¿Se podría cotizar normas de calidad CE o FDA?

Respuesta Fecha de Respuesta 24-08-2022

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA Nº 4

Consulta 2 - Ítem Nº 2 Monitor multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 05-08-2022

¿Se podría cotizar modular o preconfigurado?

Respuesta Fecha de Respuesta 24-08-2022

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA Nº 4

Consulta 3 - Ítem Nº 2 Monitor multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 05-08-2022

¿Se podría cotizar con tendencias gráficas y numéricas de 120hs como mínimo?

Respuesta Fecha de Respuesta 24-08-2022

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA Nº 4

Consulta 4 - Ítem Nº 2 Monitor multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 05-08-2022

¿Se podría cotizar con capacidad de almacenamiento de hasta 60 eventos o más?

Respuesta Fecha de Respuesta 24-08-2022

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA Nº 4

Consulta 5 - Ítem Nº 2 Monitor multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 05-08-2022

¿Se podría cotizar con peso menor a 6kg?

Respuesta Fecha de Respuesta 24-08-2022

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA Nº 4

23/02/25 18:08 1/4



### Consulta 6 - Ítem Nº 2 Monitor multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 05-08-2022

¿Se podría cotizar con despliegue simultáneo de al menos 7 formas de onda?

Respuesta Fecha de Respuesta 24-08-2022

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA Nº 4

### Consulta 7 - Ítem Nº 2 Monitor multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 05-08-2022

¿Se podría cotizar resolución de medición de la presión no invasiva de 10 a 270mmHg?

Respuesta Fecha de Respuesta 24-08-2022

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA Nº 4

# Consulta 8 - Ítem Nº 2 Monitor multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 05-08-2022

¿Se podría cotizar tango de medición Presión invasiva de -50 a 300mmHg o mejor?

Respuesta Fecha de Respuesta 24-08-2022

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA Nº 4

### Consulta 9 - Ítem Nº 2 Monitor multiparamétrico

Consulta Fecha de Consulta 05-08-2022

¿Se podría cotizar con rango de medición ECG de 15 a 300BPM o mejor?

Respuesta Fecha de Respuesta 24-08-2022

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA Nº 4

#### Consulta 10 - Plan de entrega

Consulta Fecha de Consulta 05-08-2022

Solicitamos ampliar el plan de entrega a por menos 30 días, desde la emisión de la orden de compra

Respuesta Fecha de Respuesta 24-08-2022

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA Nº 4

23/02/25 18:08



### Consulta 11 - Especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 08-08-2022

Donde dice "Salida analógica de ECG, proteccion contra interferencias por electrobisturí y desfibrilador y llamada a enfermería". Solicitamos amablemente a la convocante agregar como opcional o aclarar el requierimiento Salida analogica de ECG, considerando que esta función se especifica de varias maneras dependiendo del fabricante; Además al aceptar esta sugerencia no disminuye las prestaciones del equipo y se da lugar de participación a mayor cantidad de oferentes

Respuesta Fecha de Respuesta 24-08-2022

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA Nº 4

#### Consulta 12 - Especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 08-08-2022

DOnde dice "Los monitores deben contar con espacio RACK para agregar posteriormente otros módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software." Solicitamos amablamente a la convocante aclarar la denominación RACK, cuando se solicita equipos modulares se la expresión más genera que se pueda utilizar es "zócalo para agregar modulo" o simplente espacio para agregar otro modulo a futuro. De esta manera evitar confundir a los oferentes considerando que algunas marcas hace referencia al RACK como espacios de modulo externo al monitor.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-08-2022

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA Nº 4

#### Consulta 13 - Especificaciones técnicas

Consulta Fecha de Consulta 08-08-2022

monitor

Donde dice

"Rango de medición de -50 a 400 mmHg". Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con rango de medición -10 a 300mmHg. Esta solicitud obedece que a los rangos negativos generalmente no se requieren en la medición de presión arterial, además valores de presión alta superior al 280mmHg difícilmente se alcanza, por lo que consideramos -10 a 300 como requerimiento coherente a las especificaciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-08-2022

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA Nº 4

# Consulta 14 - Ítem N° 2 Monitor de signos Vitales

Consulta Fecha de Consulta 18-08-2022

Ítem N° 2 Monitor de signos Vitales, en una parte de las especificaciones técnicas, dice: Resolución de Medición de 10 a 210 mmHg

Solicitamos respetuosamente al Convocante permita cotizar equipos con:

Resolución de Medición de 10 a 210 mmHg o mayor rango

Respuesta Fecha de Respuesta 24-08-2022

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA Nº 4

23/02/25 18:08



# Consulta 15 - Ítem N° 2 Monitor de signos Vitales

Consulta Fecha de Consulta 18-08-2022

Ítem N° 2 Monitor de signos Vitales, en una parte de las especficaciones técnicas, dice: Rango de medición de -50 a 400 mmHa

Solicitamos respetuosamente al Convocante permita cotizar equipos con:

Rango de medición de -50 a 300 mmHg o mayor rango

Respuesta Fecha de Respuesta 24-08-2022

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA Nº 4

## Consulta 16 - Ítem N° 2 Monitor de signos Vitales

Consulta Fecha de Consulta 18-08-2022

Ítem N° 2 Monitor de signos Vitales, en una parte de las especificaciones técnicas, dice: Manipuleo y control directamente al menos por pantalla táctil.

Solicitamos respetuosamente al Convocante permita cotizar equipos con:

Manipuleo y control directamente por pantalla táctil o por boton con mando giratorio.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-08-2022

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA Nº 4

### Consulta 17 - Ítem N° 2 Monitor de signos Vitales

Consulta Fecha de Consulta 18-08-2022

Ítem N° 2 Monitor de signos Vitales, en una parte de las especificaciones técnicas, dice: Monitor modular. Solicitamos respetuosamente al Convocante permita cotizar equipos con:

Monitor modular o preconfigurado.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-08-2022

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA Nº 4

# Consulta 18 - Ítem 1: Electrocardiografo

Consulta Fecha de Consulta 18-08-2022

Ítem 1: Electrocardiografo, dice: Visualización de los valores medidos a través de pantalla LCD.

Respetuosamente solicitamos al convocante permita la cotizacion de equipos con: Visualización de los valores medidos a través de pantalla LCD color, abatible.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-08-2022

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA Nº 4

23/02/25 18:08 4/4