

Consultas Realizadas

Licitación 416407 - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 33/2022 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL COMPLEJO SANTO DOMINGO"

Consulta 1 - Ítem N° 2 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
¿Se podría cotizar normas de calidad CE o FDA?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2022
SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA N° 4		

Consulta 2 - Ítem N° 2 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
¿Se podría cotizar modular o preconfigurado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2022
SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA N° 4		

Consulta 3 - Ítem N° 2 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
¿Se podría cotizar con tendencias gráficas y numéricas de 120hs como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2022
SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA N° 4		

Consulta 4 - Ítem N° 2 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
¿Se podría cotizar con capacidad de almacenamiento de hasta 60 eventos o más?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2022
SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA N° 4		

Consulta 5 - Ítem N° 2 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
¿Se podría cotizar con peso menor a 6kg?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2022
SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA N° 4		

Consulta 6 - Ítem Nº 2 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
-----------------	--------------------------	------------

¿Se podría cotizar con despliegue simultáneo de al menos 7 formas de onda?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2022
------------------	---------------------------	------------

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA N° 4

Consulta 7 - Ítem Nº 2 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
-----------------	--------------------------	------------

¿Se podría cotizar resolución de medición de la presión no invasiva de 10 a 270mmHg?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2022
------------------	---------------------------	------------

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA N° 4

Consulta 8 - Ítem Nº 2 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
-----------------	--------------------------	------------

¿Se podría cotizar tango de medición Presión invasiva de -50 a 300mmHg o mejor?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2022
------------------	---------------------------	------------

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA N° 4

Consulta 9 - Ítem Nº 2 Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
-----------------	--------------------------	------------

¿Se podría cotizar con rango de medición ECG de 15 a 300BPM o mejor?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2022
------------------	---------------------------	------------

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA N° 4

Consulta 10 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos ampliar el plan de entrega a por menos 30 días, desde la emisión de la orden de compra

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2022
------------------	---------------------------	------------

SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA N° 4

Consulta 11 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2022
Donde dice "Salida analógica de ECG, protección contra interferencias por electrobisturí y desfibrilador y llamada a enfermería". Solicitamos amablemente a la convocante agregar como opcional o aclarar el requerimiento Salida analógica de ECG, considerando que esta función se especifica de varias maneras dependiendo del fabricante; Además al aceptar esta sugerencia no disminuye las prestaciones del equipo y se da lugar de participación a mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2022
SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA N° 4		

Consulta 12 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2022
Donde dice "Los monitores deben contar con espacio RACK para agregar posteriormente otros módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software." Solicitamos amablemente a la convocante aclarar la denominación RACK, cuando se solicita equipos modulares se la expresión más genérica que se pueda utilizar es "zócalo para agregar módulo" o simplemente espacio para agregar otro módulo a futuro. De esta manera evitar confundir a los oferentes considerando que algunas marcas hacen referencia al RACK como espacios de módulo externo al monitor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2022
SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA N° 4		

Consulta 13 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2022
monitor Donde dice "Rango de medición de -50 a 400 mmHg". Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con rango de medición -10 a 300mmHg. Esta solicitud obedece que a los rangos negativos generalmente no se requieren en la medición de presión arterial, además valores de presión alta superior al 280mmHg difícilmente se alcanza, por lo que consideramos -10 a 300 como requerimiento coherente a las especificaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2022
SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA N° 4		

Consulta 14 - Ítem N° 2 Monitor de signos Vitales

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2022
Ítem N° 2 Monitor de signos Vitales, en una parte de las especificaciones técnicas, dice: Resolución de Medición de 10 a 210 mmHg Solicitamos respetuosamente al Convocante permita cotizar equipos con: Resolución de Medición de 10 a 210 mmHg o mayor rango		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2022
SE HAN REALIZADO MODIFICACIONES EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA N° 4		

Consulta 15 - Ítem N° 2 Monitor de signos Vitales

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2022
Ítem N° 2 Monitor de signos Vitales, en una parte de las especificaciones técnicas, dice: Rango de medición de -50 a 400 mmHg Solicitamos respetuosamente al Convocante permita cotizar equipos con: Rango de medición de -50 a 300 mmHg o mayor rango		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2022
SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA N° 4		

Consulta 16 - Ítem N° 2 Monitor de signos Vitales

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2022
Ítem N° 2 Monitor de signos Vitales, en una parte de las especificaciones técnicas, dice: Manipuleo y control directamente al menos por pantalla táctil. Solicitamos respetuosamente al Convocante permita cotizar equipos con: Manipuleo y control directamente por pantalla táctil o por boton con mando giratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2022
SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA N° 4		

Consulta 17 - Ítem N° 2 Monitor de signos Vitales

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2022
Ítem N° 2 Monitor de signos Vitales, en una parte de las especificaciones técnicas, dice: Monitor modular. Solicitamos respetuosamente al Convocante permita cotizar equipos con: Monitor modular o preconfigurado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2022
SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA N° 4		

Consulta 18 - Ítem 1: Electrocardiografo

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2022
Ítem 1: Electrocardiografo, dice: Visualización de los valores medidos a través de pantalla LCD. Respetuosamente solicitamos al convocante permita la cotizacion de equipos con: Visualización de los valores medidos a través de pantalla LCD color, abatible.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2022
SE HAN REALIZADO MODIFICACIONE EN EL PBC ELECTRONICO SEGUN ADENDA N° 4		