

Consultas Realizadas

Licitación 416440 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS

Consulta 1 - item 12 Incubadora

| Consulta | Fecha de Consulta |
|--|-------------------|
| | 22-07-2022 |
| <p>12 2.2 Cúpula de acrílico transparente de alta calidad de al menos 7mm Solicitamos: amablemente establecer un rango +/- 1 mm</p> <p>12 2.12.1 Funciones de precalentamiento en la medición de temperatura 0,1 a 0,2° C.</p> <p>Solicitamos amablemente establecer esta función como OPCIONAL debido a que la función no es técnicamente indispensable para una incubadora que cuando la enciendes ya empieza a 34°C que sería la temperatura del paciente, y luego se iría ajustando la función de temperatura ambiente.</p> <p>El termómetro clínico ofrece un doble control para comprobar la temperatura, en simultáneo con el sensor de temperatura de la piel de la incubadora. Las funciones de pre calentamiento se justifican en una cuna térmica que no ofrece un ambiente cerrado como la incubadora.</p> | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|--|--------------------|
| | 18-08-2022 |
| <p>12 2.2: REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. 12 2.12.1: AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p> | |

Consulta 2 - ITEM: 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES- EN EL PUNTO 2.3

| Consulta | Fecha de Consulta |
|---|-------------------|
| | 26-07-2022 |
| <p>CARACTERISTICAS TECNICAS : EN EL PUNTO 2.3 Móvil, con manijas de empuñadura, montado en estructura metálica (pedestal) : consultamos a la convocante si podrían aceptar el chasis monobloc integrado con manijas a los costados sobre 4 ruedas estáticas y con dos frenos.</p> | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|---|--------------------|
| | 18-08-2022 |
| <p>AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p> | |

Consulta 3 - ITEM: 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES - En el punto 2.6

| Consulta | Fecha de Consulta |
|---|-------------------|
| | 26-07-2022 |
| <p>CARACTERISTICAS TECNICAS: En el punto 2.6. Ajuste de la intensidad de la presión : En este punto se solicita a la convocante que sea una opción el ajuste de intensidad ya que el flujo se controla normalmente estrangulando la tubuladura.</p> | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|---|--------------------|
| | 18-08-2022 |
| <p>AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p> | |

Consulta 4 - ITEM: 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES - En el punto 2.8

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

CARACTERISTICAS TECNICAS: En el punto 2.8- Manijas en la parte frontal y la trasera para el transporte; En este punto se solicita a la convocante aceptar las manijas a los laterales, esta disposición no afecta el funcionamiento del equipo.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 5 - ITEM: 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES - En el punto 2.9

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

CARACTERISTICAS TECNICAS: En el punto 2.9 Se pueden acoplar 2 frascos recolectores, totalizando en su máxima capacidad hasta 10 litros, como mínimo: En este punto se solicita a la convocante aceptar dos frascos con capacidad maxima de 4 litros (capacidad útil 3.5litros). En total se tendría capacidad útil de 7 litros que ante una situación es aceptable

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 6 - ITEM: 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES - En el punto 2.10

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

CARACTERISTICAS TECNICAS: En el punto - 2.10 - Soporte para enrollar el cable de alimentación; En este punto se solicita a la convocante aceptar alojamiento para cable

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 7 - ITEM: 1 ASPIRADOR DE SECRECIONES - En el Punto 2.16

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

CARACTERISTICAS TECNICAS: En el Punto 2.16 Frasco recolector graduado, en policarbonato de al menos 5 litros, con flotante mecánico de seguridad, esterilizable en autoclave : En este punto se solicita a la convocante aceptar frascos con cacidad maxima de 4 litros y utilizables 3.5Litros. Al tener dos frascos sumarían 7 litros utiles que ante una situación es suficiente por paciente.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 8 - Item 17 - Monitor multiparamétrico- En el PUNTO 3 -ECG

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

En el PUNTO 3 -ECG ; 3.4: Rango para frecuencia cardiaca: 15 lpm a 350 lpm - Se pide a la convocante diferenciar para adulto y neo/ped. En el caso que sea solo para adulto considerar como limite mayor o igual a 300lpm

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 9 - Item 17 - Monitor multiparamétrico- En el punto 3 - ECG : 3,6/3,7/3,7

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En el PUNTO 3 -ECG ; 3,6 / 3,7 / 3,7 Límites de Alarma seleccionable: Límite alto: 100 a 200 lpm, Límite bajo: 30 a 100 lpm - se pide a la convocante en este punto admitir como limite alto hasta setear hasta 350lpm y limite bajo setear desde 15lpm. Algunos modelos dan el limite alto y minimo bajo y no en rango. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 10 - Item 17 - Monitor multiparamétrico - En el punto 3.14

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En el PUNTO 3 -ECG ; 3.14 Detección de Marcapasos : en este punto se solicita a la convocante sea opcional la detección de marcapasos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 11 - Item 17 - Monitor multiparamétrico - EN EL PUNTO 4 - SPO2, 4.4

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2022 |
|---|-------------------|------------|
| En el PUNTO 4 - SPO2; 4.4 Índice de Perfusión : En este punto se solicita a la convocante sea opcional el PI. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 12 - Item 17 - Monitor multiparamétrico- punto 5.1

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En el PUNTO 5 - Pulso: 5.1 Rango de pulso: 25-250 lpm. - en este punto se solicita a la convocante admitir el rango 20 - 300 lpm | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 13 - Item 17 - Monitor multiparamétrico - punto 6.2

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En el PUNTO 6 - Respiración: 6.2 Precisión: ± 3 rpm : En este punto se solicita a la convocante admitir con mejor resolución +-2 rpm | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 14 - Item 17 - Monitor multiparamétrico - punto 6.4

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

En el punto -6.4 Limite alto: 6 a 120 rpm. : en este punto se solicita a la convocante como límite alto sea hasta 120rpm

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 15 - Item 17 - Monitor multiparamétrico - punto 6.5

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

6.5 Limite bajo: 3 a 120 rpm. - en este punto se solicita a la convocante como limite bajo sea desde 0

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 16 - Item 17 - Monitor multiparamétrico - punto 7.3

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

7.3 Precisión: 0.1°C en el rango de 35°C o menor a 39 °C a mas - En este punto se solicita a la convocante considerar solo con presición de +-1°C , medido entre 0 a 50°C

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 17 - Item 17 - Monitor multiparamétrico - punto 8.4

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

8.4 Rango de medición de Pulso: 30 - 250 lpm. - En este punto se solicita a la convocante considerar el rango de 40 - 240 lpm, en este rango se tiene una buena prestación para el diagnostico de cualquier patología.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 18 - Item 17 - Monitor multiparamétrico - punto 8.7

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

8.7 SYS: 40 - 250 (mmHg) - En este punto se solicita a la convocante aceptar los rangos de medición para sys: 40 - 270 mmhg, con este rango la prestación de detección de una patología es alta.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 19 - Ítem 17 - Monitor multiparamétrico - punto 8.8

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2022 |
|--|-------------------|------------|
| 8.8 DIA :15 - 200 (mmHg) - En este punto se solicita a la convocante aceptar los rangos de medición para días: 10 - 215 mmhg, en este rango la detección de una patología es alta. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 20 - Ítem 17 - Monitor multiparamétrico - punto 9.2

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 9.2 Rango de Medición: -40 o menos a 370 o mas mmHg. - En este punto cosiderar que el rango de medición varía por sitios de medición de la presión. Y el rango varía por marca. Favor considerar por sitio. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 21 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 2

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-07-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Ítem 2. Autoclave de esterilización. Se solicita amablemente a la convocante corregir el precio de referencia para este ítem, ya que las especificaciones solicitadas y las especificaciones de los equipos utilizadas para la estimación de costos difieren ampliamente. La convocante solicita un autoclave con especificaciones de altos estándares de fabricación y prestaciones, con un mínimo de 500 litros de capacidad. En las especificaciones del primer equipo utilizado de referencia, adjudicado en la licitación ID 402803, contrato N° 052-2021 se puede verificar que se trata de un autoclave vertical de la marca Biobase, modelo BQK-150 II de solamente 150 litros y no coincide con las especificaciones en el llamado ID 416440. Así también, en las especificaciones del segundo equipo utilizado de referencia, adjudicado en la licitación 388646, contrato N° 042/21, podemos constatar que se trata de un autoclave de 100 litros, del fabricante Phoenix Luferco, con mucho menores prestaciones que las solicitadas en este llamado. Lo mismo se replica nuevamente en el tercer precio referencial, el cual fue solicitado a la Casa del Médico, según el Dictamen DCP N° 77/2022, donde se puede constatar que el equipo ofertado por dicha empresa corresponde a un autoclave de 65 litros, del fabricante Tuttnauer, el cual también difiere ampliamente con las especificaciones solicitadas.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 22 - Ítem N° 9 - Electrobisturí.

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-07-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con pantalla LCD para dar mayor oportunidad a mas oferentes y más modelos de equipos ya que la pantalla Touch Screen limita a modelos de mayor gama y mayores costos, teniendo las mismas funciones operativas que equipos de mediana gama con pantallas LCD. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS. | | |

Consulta 23 - Ítem N° 9 - Electrobisturí.

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos amablemente a la convocante aclara a que se refiere donde dice "Clase I, Tipo CF".

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

SE REFIERE A NOMENCLATURAS SOBRE NORMAS DE SEGURIDAD ELECTRICA EN CUANTO AL TIPO Y GRADO DE PROTECCION.

Consulta 24 - Ítem N° 9 - Electrobisturí.

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofertar equipos con un peso de 10Kg, ya que al estar en su carro de transporte, esa diferencia de 3Kg no afectaría a su fácil manejo.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 25 - Ítem 17 y 18

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos a la convocante llevar en cuenta las consultas realizadas para los ítems 17 y 18, las especificaciones técnicas solicitadas especialmente, el ítem 18 es la especificación de los monitores de la serie Nihon kohden BSM.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 26 - ítem 17 Monitor Multiparametrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Punto 9.2 Rango de medicion: -40 o menos a 370 o mas mmHg.

Solicitamos a la convocante aceptar rango de medicion de 50 a 370 mmHg. para permitir la participacion de potenciales oferentes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 27 - ítem 17 Monitor Multiparametrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Punto 8.4 Rango de medicion de pulso 30-250ipm

Solicitamos que la medicion de pulso sea de 40-240 ipm , para permitir la participacion de mas oferentes

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 28 - ítem 17 Monitor Multiparametrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-07-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Punto 9.4 Exactitud: +- 1mmHg- Solicitamos aceptar exactitud +-2mmHG. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 29 - Ítem 8 Electrocardiografo

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-07-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Punto 2.6 Solicitamos a la convocante poder ofertar Electrocardiografo con almacenamiento interno de 50 grupos y transferir los datos en USB. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 30 - Ítem 3 Caja de instrumentales

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-07-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Punto 3.3 Otras Caracteristicas Solicitamos a la convocante verificar los puntos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,3.5,3.6 esta solicitud corresponde a equipos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 31 - Ítem 3 Caja de instrumentales

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-07-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Punto 2.4 Solicitamos a la convocante poder ofertar mnago de bisturi N° 3 | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 32 - Ítem 3 Caja de instrumentales

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-07-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En el punto 2.4 solicitan Mango de bisturi N° 2, solicitamos a la convocante una variacion de (+-1cm) en la medida solicitada. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 33 - ítem 17 Monitor Multiparametrico con capnografia

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-07-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Punto 3.6.2 Solicitamos ala convocante dejar como opcional el etiquetado del sitio de medicion P3, ART2,RAD,DORS,FEM,RVP,ICP2,ICP3, estas especificaciones corresponden a Monitores de la serie Nihon Kohden BSM. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------|--------------------|------------|
| NO EXISTE EL PUNTO 17.3.6.2. | | |

Consulta 34 - ítem 18 Monitor con capnografo

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-07-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Punto 3.6.3 Solicitamos a la convocante dejar como opcional la medicion VPS,PPC y ET Las especificaciones solicitadas corresponden a un modelo especifico de monitor. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 35 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-07-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante aceptar copia simple del certificado de vigencia emitida por el fabricante. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 36 - ítem 17 Monitor Multiparametrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-07-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Punto 6.3 Graficos hemodinamicos con objetivos seleccionables Solicitamos a la convocante dejar este punto como opcional | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 37 - ítem 18 Monitor con capnografo

| Consulta | Fecha de Consulta | 27-07-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Punto 5.1 Solicitamos a la convocante poder ofertar monitor con al menos 4 canales, para dar oportunidad a la participacion de mas oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 38 - Ítem 3 Caja para instrumental

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-07-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 1.5 Certificados de calidad. ¿Se podría incluir la certificación DIN, considerando que es la más adecuada para instrumentales? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 39 - Ítem 3 Caja para instrumental

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-07-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 2.4. Mango de bisturí. ¿Es correcta la medida solicitada, no debe ser Nº 3? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 40 - Ítem 3 Caja para instrumental

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-07-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos verificar lo solicitado en los numerales 3: #3.1 al 3.6, estos son requisitos para equipos médicos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 41 - Ítem 6 Lámpara cialítica con satélite

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-07-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 1.7 Consultas si podría ser considerado válido el Certificado ISO 13485 cuando indica la marca y categoría o tipo de equipo, considerando que no en todos los países incluyen el modelo | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 42 - Ítem 6 Lámpara cialítica con satélite

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-07-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 2.9 ¿Se podría cotizar temperatura de color en el rango de 4000 a 6000 grados Kelvin? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 43 - Ítem 9 Electrobisturí monopolar / bipolar

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

1.7 Consultas si podría ser considerado válido el Certificado ISO 13485 cuando indicar la marca y categoría o tipo de equipo, considerando que no en todos los países incluyen el modelo

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 44 - Ítem 16 Mesa quirúrgica

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

1.7 Consultas si podría ser considerado válido el Certificado ISO 13485 cuando indicar la marca y categoría o tipo de equipo, considerando que no en todos los países incluyen el modelo

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 45 - Ítem 16 Mesa quirúrgica

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

2.6 ¿Se podría cotizar con al menos 200cm o mayor?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 46 - Ítem 16 Mesa quirúrgica

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

2.7 ¿Se podría cotizar con ancho de al menos 52cm o mayor?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 47 - Ítem 16 Mesa quirúrgica

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

2.15.4 ¿Se podría cotizar con angulación -10 a 65° o más?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 48 - Ítem 16 Mesa quirúrgica

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

2.15.6 ¿Se podría cotizar de al menos 90mm?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 49 - Ítem 16 Mesa quirúrgica

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

2.16.2 ¿Se podría cotizar con duración de 3hs como mínimo?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 50 - Ítem 16 Mesa quirúrgica

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

2.16.3 ¿Se podría cotizar con peso de no más de 250kgs.?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 51 - Ítem 16 Mesa quirúrgica

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

¿Es necesario que la mesa cuente con al menos los accesorios básicos, no se observa en las especificaciones?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 52 - Ítem 17 Monitor multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

2.11 ¿Se podría cotizar con batería de 3hs como mínimo?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 53 - Ítem 17 Monitor multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-07-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

3.4 ¿Se podría cotizar 15 a 300lpm?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 54 - Ítem 17 Monitor multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-07-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 3.7 ¿Se podría cotizar 100 a 300lpm? 3.8 ¿Se podría cotizar 15 a 100lpm 5.1 ¿Se podría cotizar 25-300lpm? 6.2 ¿Se podría cotizar +-3rpm o menor? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 55 - Ítem 17 Monitor multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 29-07-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 8.4 ¿Se podría cotizar 30-250lpm o mejor rango? 8.7 ¿Se podría cotizar 40-270mmHg? 8.8 ¿Se podría cotizar 10-215mmHg? 9.2 ¿Se podría cotizar 300 o más mmHg? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 56 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 26

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Ítem 26. Microscopio Trinocular. Especificación técnica 3.1. Se solicita amablemente a la convocante en vez de "Estativo metálico con tratamiento anti fúngico" aceptar "Objetivos con tratamiento anti fúngico" ya que los objetivos son los que están en contacto con la muestra y así se evitaría la contaminación de la muestra. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 57 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 26

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Ítem 26. Microscopio Trinocular. Especificación técnica 5.1. Se solicita amablemente a la convocante considerar la especificación "Sistema óptico UIS2" cómo opcional, ya que corresponde a una marca específica. Sugerimos "Sistema óptico UIS2 o similar" con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 58 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 26

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Ítem 26. Microscopio Trinocular. Especificación técnica 7.4. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación " Resolución máxima de 3088 x 2076 pixels". Sugerimos "Resolución aproximada de 3088 x 2076 pixels." ya que a mayor cantidad de pixeles, mayor la amplificación de la imagen sin perder calidad. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 59 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 26

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Ítem 26. Microscopio Trinocular. Especificación técnica 6.2. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación "Toma tipo SHUKO". Sugerimos "Toma tipo SHUKO o con aterramiento" con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 60 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 26

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Ítem 26. Microscopio Trinocular. Especificación técnica 7.1. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación "CÁMARA: Cámara color de alta resolución de 6,4MP y 30fps como mínimo". Sugerimos "CÁMARA: Cámara color de alta resolución de 6,2MP y 30fps como mínimo." ya que la diferencia de pixeles es mínima, no sería relevante al momento de realizar la visualización de muestras, documentar las mismas y de esta manera contarían con mayor cantidad de oferentes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 61 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 26

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Ítem 26. Microscopio Trinocular. Especificación técnica 7.5. Se solicita amablemente a la convocante modificar la especificación "Tamaño de pixel de 2.4 x 2.4 µm.". Sugerimos "Tamaño de pixel de 2.4 x 2.4 µm o mejor." con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 62 - ÍTEM 1 Camilla de transporte con baranda

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: 2.3 Barandas en acero inoxidable rebatibles en ambos lados.
Solicitamos a la convocante permita cotizar: 2.3 Barandas en acero inoxidable o acero acabado esmaltado rebatibles en ambos lados.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 63 - ÍTEM 1 Camilla de transporte con baranda

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: 2.6 Ruedas de al menos 15 cm de diámetro, con frenos en por lo menos dos de ellas. Con protección antipolvo Solicitamos a la convocante permita la descripción de Con protección antipolvo sea Opcional o se elimine, por ser una característica de Camilla de transporte de importación, para dar oportunidad a oferentes de productos nacionales.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 64 - ítem 7 Ecografo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: 7.2.27 UPS acorde al consumo del equipo ofertado, con duracion de al menos 30 min Solicitamos a la convocante eliminar este punto, teniendo en cuenta que se solicita un equipo con bateria incorporada en el punto 7.2.12. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 65 - Item 23 Espirometro

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Con respecto al punto 2.1.13 que solicita: Parámetros: FVC, FIVC, FIV1, FIV1%, FEV0.5, FEV1, FEV2, FEV3, FEV5, FEV1/FEV6, FEV0.5%, FEV1%, FEV2%, FEV3%, FEV5%, FEV6%, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF0.2-1.2, FEF25-75, FEF75-85, PIF, FIF50, FEF50/FIF50, FET SVC, ERV, IRV, VT, IC, BF, MV, Tin, Tex, Tin/Tex. O mejor | | |
| Solicitamos: Teniendo en cuenta que los parámetros están claramente definidos por los estandares de la ERS/ATS en donde se incluyen algunos aspectos básicos (FVC, FEV1, etc.) y otros relativamente nuevos (tiempo de espiración forzada y FIVC) Solicitamos establecer si la pauta adoptada sera del año 2.005 en adelante. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 66 - ITEM 26 Microscopio Trinocular

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice "Ópticas con aumentos de al menos 2x, 10x, 40x y 60x" solicitamos a la convocante agregar el objetivo de 4x ya que es el aumento de mayor uso en laboratorio. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| EN DICHO ITEM SE PIDE UNA CANTIDAD MINIMA DE OBJETIVOS. EL OFERENTE PODRA COTIZAR DE MANERA OPCIONAL MAS OBJETIVOS, SI CREE CONVENIENTE. | | |

Consulta 67 - ITEM 26 Microscopio Trinocular

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice "Resolución Máxima de 3088 x 2076 pixels" solicitamos a la convocante admitir una resolución máxima de 4912 x 3684 pixels. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 68 - ITEM 26 Microscopio Trinocular

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice "Tamaño de pixel de 2.4 x 2.4 µm" solicitamos a la convocante admitir un tamaño de pixel de 1.25 x 1.25 µm ya que sería de mejor resolución. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 69 - ITEM 26 Microscopio Trinocular

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice "Conexión USB 3.1" solicitamos a la convocante admitir una notebook con conexión USB 3.0.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 70 - Ítem 17 - MONITOR MULTIPARAMETRICO:

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: 2.11 Bateria interna con autonomia de 4 horas, solicitamos permitan cotizar equipos con autonomía de 3.5 horas como mínimo, de manera a dar mayor participación a potenciales oferentes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 71 - ITEM 8 - ELECTROCARDIOGRAFO:

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Favor aclarar en especificaciones que nivel de Resolución se precisa, más aún considerando que estamos hablando un equipo de 12 canales, recomendamos como mínimo Resolución A/D 12 bit.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 72 - ITEM 2 AUTOCLAVE DE ESTERILIZACIÓN:

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Favor considerar que el precio referencial establecido para las especificaciones de este ítem resulta insuficiente. Estimamos que la capacidad del equipo sería de 50 litros o mayor, y no de 500 litros. Favor verificar lo mencionado, y ver la posibilidad de corregir las especificaciones que se adecuen al precio referencial.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 73 - ITEM 12 - INCUBADORAS:

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde solicitan; 2.9 Capacidad de entrada entre 14 y 17 l/m, solicitamos permitan cotizar equipos con capacidad de entrada de entre 15 a 16 l/m, para dar mayor participación a potenciales oferentes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 74 - ITEM 12 - INCUBADORAS:

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan: 2.11.1 Tamaño requerido para el lecho, solicitamos aclarar si refiere a la medida de la zona del colchón, o al espacio o habitáculo de la incubadora. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 75 - ITEM 12 - INCUBADORAS:

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde solicitan: 2.12.4 Resolución mínima de 0.1°C. Se consulta si se refiere a la precisión en la medición del control de temperatura de aire y de piel. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 76 - ITEM 12 - INCUBADORAS:

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan: 2.10.3 Base radiotransparente para el colchón. Se consulta si se refiere al portachasis removible, o refiere a la bandeja del lecho con movimiento hacia el frente, fuera de la incubadora utilizado para la colocación de recién nacido. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| SE ACLARA QUE SE REFIERE AL LECHO DONDE SE COLOCA EL COLCHON. | | |

Consulta 77 - Ítem 17 - MONITOR MULTIPARAMETRICO:

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde solicitan: 2.9 Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 6 curvas simultáneas. Tendencias hasta 160 horas, como mínimo, de todos los parámetros seleccionables por el usuario. Solicitamos permitan cotizar equipos con despliegue de curvas fisiológicas de 8 curvas simultáneamente y tendencias hasta 150 horas de manera a dar mayor participación a potenciales oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 78 - EETT Ítem N° 10 - Electrobisturí.

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante modificar las especificaciones del Ítem N° 10 ya que esta solicita equipos totalmente independientes en un solo ítem, se solicita un electrobisturí y por otro lado una óptica rígida de visión foroblicua panorámica de 30° y sus accesorios. Generalmente las compañías no tienen ambos tipos de productos ya que no se utilizan en conjunto necesariamente. En el país hay una sola empresa que posee ambos productos lo que va en contra de la Ley N° 2051/03 Art. 4 Inciso b. Igualdad y Libre Competencia. Lo normal sería que la óptica sea ofertada en otro ítem independiente, y así la convocante tendrá una mayor cantidad de posibles oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 79 - EETT Ítem N° 9 – Electrobisturí.

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En este ítem se solicitan dos pedales, un pedal monopolar y otro pedal bipolar. Se solicita a la convocante permitir la opción de un solo pedal ya que la mayoría de las marcas poseen pedales con la posibilidad de seleccionar ambas configuraciones en un solo pedal doble, lo que sería conveniente para la convocante ya que esto resultaría en una mejor oferta. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 80 - ITEM 19 – VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEJIDAD

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan: 4.1 Flujo inspiratorio (L/min) límite inferior 2 o menor y límite superior 110 o mayor. Solicitamos permitan cotizar equipos con límite inferior a 4 o menor y límite superior 120 o mayor, de manera a dar mayor participación a potenciales oferentes | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 81 - ITEM 19 – VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEJIDAD

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan: 4.3 Frecuencia respiratoria (rpm) límite inferior 1 o menor y límite superior 150 o mayor. Solicitamos permitan cotizar equipos con límite inferior a 2 o menor y límite superior 150 o mayor, de manera a dar mayor participación a potenciales oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 82 - ITEM 19 – VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEJIDAD

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde solicitan: 4.8 Mecanismo de disparo o Trigger: seleccionable por presión o por flujo. Por presión deberá ser regulable de -0,2 a 10 cmH ₂ O o menor y por flujo: 0,5 a 15 lpm o mejor, solicitamos permitan cotizar equipos con límite por flujo de 1 a 15 lpm o mejor, de manera a dar mayor participación a potenciales oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 83 - ITEM 20 – SERVOCUNA

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan: 2.4 Pantalla para visualización de parámetros de funcionamiento con selector digital de 3 dígitos para programa de control de la temperatura deseada. Solicitamos aclarar a que se refiere con pantalla para visualización, ya que vemos que en una de las especificaciones indica Reloj de Apgar visualizado en el monitor color de la servocuna. Se podrán cotizar con pantalla LCD?. Solicitamos permitan cotizar con selector digital o similar para dar mayor participación a potenciales oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| REFIERE A LA PANTALLA INTEGRADA AL EQUIPO NACIONAL PRINCIPAL DONDE SE PRESENTAN TODOS LOS DATOS Y PARAMETROS MONITORIZADOS. FAVOR CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES DE LA ULTIMA VERSION DEL PBC. | | |

Consulta 84 - ITEM 20 – SERVOCUNA

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan: 2.14 Reloj de Apgar visualizado en el monitor color de la servocuna, favor aclarar a que monitor se refiere con monitor color de la servocuna. Se podrá cotizar servocuna con pantalla LCD monocromático? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 85 - ITEM 27 – SILLA DE RUEDAS:

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan: 2.7 Ruedas traseras a cámara y delanteras de caucho sólido, frenos de accionamiento manual bilateral, que operen sobre ruedas posteriores con sistema de palanca. Solicitamos respetuosamente permitan cotizar con Ruedas traseras sólidas, esto permite evitar el mantenimiento de las ruedas en cuanto a la presión del aire de las ruedas a cámara constantemente, son libres de mantenimientos las ruedas de tipo sólida. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 86 - ITEM 27 – SILLA DE RUEDAS:

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan: 2.5 Posabrazos rectos acolchados. Recomendamos solicitar posabrazos rectos acolchados y desmontables, que permiten un mejor y fácil acceso al paciente. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 87 - Ítem N° 1 Aspirador de Secreciones

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Ítem N° 1 Aspirador de Secreciones, en una parte de las especificaciones técnicas dice: 1.2.8 Manijas en la parte frontal y la trasera para el transporte. Solicitamos respetuosamente a la Convocante permita cotizar equipos con: 1.2.8 Manija Manijas en la parte frontal y la trasera o a los lados para el transporte. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 88 - Ítem N° 1 Aspirador de Secreciones

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Ítem N° 1 Aspirador de Secreciones, en una parte de las especificaciones técnicas dice: 1.2.9 Se pueden acoplar 2 frascos recolectores, totalizando en su máxima capacidad hasta 10 litros, como mínimo Solicitamos respetuosamente a la Convocante permita cotizar equipos con: 1.2.9 Se pueden acoplar 2 frascos recolectores, totalizando en su máxima capacidad de 6 litros, como mínimo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 89 - Ítem N° 1 Aspirador de Secreciones

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Ítem N° 1 Aspirador de Secreciones, en una parte de las especificaciones técnicas dice: 1.2.16 Frasco recolector graduado, en policarbonato de al menos 5 litros, con flotante mecánico de seguridad, esterilizable en autoclave. Solicitamos respetuosamente a la Convocante permita cotizar equipos con: 1.2.16 Frasco recolector graduado, en policarbonato de al menos 3 litros, con flotante mecánico de seguridad, esterilizable en autoclave. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 90 - Ítem N° 17 Monitor Multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Ítem N° 17 Monitor Multiparamétrico, en una parte de las especificaciones técnicas dice: 17.3.7 Límite alto: 100 a 200 lpm. Solicitamos respetuosamente a la Convocante permita cotizar equipos con: 17.3.7 Límite alto: 120 a 200 lpm o mejor. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 91 - Ítem N° 17 Monitor Multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Ítem N° 17 Monitor Multiparamétrico, en una parte de las especificaciones técnicas dice: 17.3.8 Límite bajo: 30 a 100 Imp. Solicitamos respetuosamente a la Convocante permita cotizar equipos con: 17.3.8 Límite bajo: 50 a 100 lpm o mejor. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 92 - Ítem N° 17 Monitor Multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Ítem N° 17 Monitor Multiparamétrico, en una parte de las especificaciones técnicas dice: 17.8.4 Rango de medición de Pulso: 30 - 250 lpm. Solicitamos respetuosamente a la Convocante permita cotizar equipos con: 17.8.4 Rango de medición de Pulso: 40 - 240 lpm o mejor rango. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 93 - Ítem N° 18: Monitores Multiparamétricos con Capnografía

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Ítem N° 18: Monitores Multiparamétricos con Capnografía, en una parte de las especificaciones técnicas dice: 18.3.1.4 Detección de por lo menos 20 arritmias. Solicitamos respetuosamente a la Convocante permita cotizar equipos con: 18.3.1.4 Detección de por lo menos 15 arritmias. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 94 - Ítem N° 18: Monitores Multiparamétricos con Capnografía

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Ítem N° 18: Monitores Multiparamétricos con Capnografía, en una parte de las especificaciones técnicas dice: 18.5.1 Con al menos 8 canales de EEG Solicitamos respetuosamente a la Convocante permita cotizar equipos con: 18.5.1 Con al menos 1 canal de EEG o mejor | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 95 - Ítem N° 18: Monitores Multiparamétricos con Capnografía

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Ítem N° 18: Monitores Multiparamétricos con Capnografía, en una parte de las especificaciones técnicas dice: 18.5.7 Impedancia de entrada > 8 MΩ a 10 Hz Solicitamos respetuosamente a la Convocante permita cotizar equipos con: 18.5.7 Impedancia de entrada ≥ 15 MΩ a 10 Hz o mejor | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 96 - Ítem N° 18: Monitores Multiparamétricos con Capnografía

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Ítem N° 18: Monitores Multiparamétricos con Capnografía, en una parte de las especificaciones técnicas dice: 18.5.8 Nivel de ruido < 0.5 μV rms de 0,5 Hz a 30 Hz Solicitamos respetuosamente a la Convocante permita cotizar equipos con: 18.5.8 Nivel de ruido ≤ 3 uVp-p (0.5 Hz to 30 Hz) o mejor | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 97 - Ítem N° 1 Aspirador de Secreciones,

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Ítem N° 1 Aspirador de Secreciones, en una parte de las especificaciones técnicas dice: 1.2.14 Tecla de modo de operación: continuo o pedal. Debido a que no Todos los modelos de Aspiradores son iguales, Solicitamos respetuosamente eliminar la Palabra tecla, quedando de la siguiente manera: 1.2.14 Modo de operación: continuo o pedal | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 98 - ITEM 5 LÁMPARA CIALITICA CON SATELITE

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice "Temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 grados Kelvin" solicitamos a la convocante admitir el rango desde 3800 a 5500 grados kelvin. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. VERIFICAR CONSULTA PARA PROXIMAS CONSULTAS, ITEM N° 5 NO CORRESPONDE LÁMPARA CIALITICA CON SATELITE. | | |

Consulta 99 - ITEM 6 MESA QUIRURGICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice "Elevación desde 70 cm o menos a 105 cm o más (Eléctrica)" solicitamos a la convocante aceptar el rango de 70 cm o menos a 100 cm o más. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. VERIFICAR CONSULTA PARA PROXIMAS CONSULTAS, ITEM N° 6 NO CORRESPONDE MESA QUIRURGICA. | | |

Consulta 100 - ITEM 6 MESA QUIRURGICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice "Inclinación lateral: $\pm 20^\circ$ o más (Eléctrica)" admitir la inclinación de 15° como mínimo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. VERIFICAR CONSULTA PARA PROXIMAS CONSULTAS, ITEM N° 6 NO CORRESPONDE MESA QUIRURGICA. | | |

Consulta 101 - ITEM 6 MESA QUIRURGICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice "Trendelemburg directo e inverso: $\pm 30^\circ$ (Eléctrica)" solicitamos a la convocante poder admitir un rango mínimo de 25° . | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. VERIFICAR CONSULTA PARA PROXIMAS CONSULTAS, ITEM N° 6 NO CORRESPONDE MESA QUIRURGICA. | | |

Consulta 102 - ITEM 6 MESA QUIRURGICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice "Angulación vertical de la sección espalda: $-45^\circ/80^\circ$ o más" solicitamos a la convocante admitir el rango de $-20^\circ/80^\circ$. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. VERIFICAR CONSULTA PARA PROXIMAS CONSULTAS, ITEM N° 6 NO CORRESPONDE MESA QUIRURGICA. | | |

Consulta 103 - Especificaciones técnicas del ítem 9 – Criterio 2.7

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: Posibilidad de seleccionar las siguientes funciones de modo corte: Pure, Blend 1, Blend 2, Blend 3, Sistema Hi Cut y Pulse Se solicita a la convocante la posibilidad de seleccionar las funciones de modo corte: Pure, Blendcut, Pulse y Fine o que dependa del modo de corte del fabricante debido a que las funciones mencionadas corresponden a una marca en específica, de esa manera permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 104 - Especificaciones técnicas del ítem 9 – Criterio 2.8

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: Posibilidad de seleccionar las siguientes funciones en modo coagulación: Spray, Fulgurate high, fulgurate low, dessicate y soft. Se solicita a la convocante la posibilidad de seleccionar las funciones en modo coagulación: Spray, soft, forced, power o que dependa del modo de coagulación del fabricante debido a que las funciones mencionadas corresponden a una marca en específica, de esa manera permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 105 - Especificaciones técnicas del ítem 9 – Criterio 2.9

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Posibilidad de seleccionar las siguientes funciones en modo bipolar: bipolar, micro bipolar, macro bipolar y bipolar Se solicita a la convocante que dependa del modo bipolar de cada fabricante debido a que las funciones mencionadas corresponden a una marca en específica, de esa manera permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 106 - Especificaciones técnicas del ítem 9 – Criterio 2.15

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Memoria para al menos 100 tipos de procedimientos Se solicita a la convocante que cuente con memoria para al menos 39 tipos de procedimientos, debido a que las funciones mencionadas corresponden a una marca en específica, de esa manera permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP. | | |

Consulta 107 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la Convocante exigir para el ítem 7- Equipo de Ecografía, CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria en el marco de la LEY 4659/12, reglamentado por la RES. S.G. 669/2016 cualquier Dispositivo Médico, Materiales Cortopunzantes y Equipos de Protección individual, debe contar con la concesión a través de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Registro Sanitario por el cual se INSCRIBE y consecuentemente se AUTORIZA LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN de un Dispositivo Médico. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 108 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos a la Convocante exigir para el ítem 7- Equipo de Ecografía, CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRUCUCIÓN Y ALMACENAMIENTO otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria en el marco de la LEY 4659/12, reglamentado por la RES. S.G. 669/2016.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 109 - Especificaciones técnicas del ítem 9 - Criterio 2.17

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: Potencia baja: Monopolar: <30Watts; Bipolar: <20Watts; Micro bipolar: <10Watts
Se solicita a la convocante que las funciones mencionadas corresponden a una marca en específica, favor de que sea de caracter opcional, de esa manera permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 110 - Capacitación a usuarios

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Capacidad Técnica punto 3.3 Donde dice: "Capacitación a usuarios sobre el funcionamiento del equipo y capacitación técnica al personal técnico del Departamento de Electromedicina. Presentar declaración jurada."
Se solicita amablemente a la Convocante especificar la cantidad de horas necesarias para realizar el entrenamiento, y el horario en que se realizaría.
Se sugiere que para el ítem 7, sean establecidas un total de 24 horas hábiles para brindar la capacitación que cubra con todos los procedimientos que pueden realizar los usuarios en el sistema de ecografía, el cual podrá agendarse dentro del horario de lunes a viernes de 8 a 17 horas.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 111 - Experiencia Requerida

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

El PBC establece: "Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:
Demostrar experiencia en la provisión de EQUIPOS MEDICOS con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [30] % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 años] años (2019, 2020,2021) en promedio".

Se solicita a la Convocante sea requerida la experiencia en provisión de equipos médicos en la modalidad ofertada. Es decir, para los que cotizan el lote 7, la experiencia sea acreditada en equipos médicos de la categoría ecografía, de modo a garantizar a la Convocante la experiencia del proveedor, más aún teniendo en cuenta las condiciones de garantía del bien post venta.-

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 112 - Especificaciones técnicas del ítem 9 – Criterio 2.21

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Donde dice: Peso: no mayor a 7Kg, para fácil transporte
Se solicita a la convocante que el peso no sea mayor a 13kg, debido a que la característica mencionada corresponde a una marca en específica, de esta manera permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 113 - Anticipo.

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Teniendo en cuenta que el llamado contempla el pago de anticipo, favor aclarar que la emisión de la orden de compra a partir de cuya recepción se inicia el cómputo del plazo de entrega de los bienes será emitido dentro de los 5 días de depositado el monto del anticipo en la Cta. Cte. Del Proveedor. –
Y en consecuencia se elimine este apartado: “Las Órdenes de Compra y/o Servicio serán confeccionadas por la Administración del Hospital de Clínicas o de la Facultad de Ciencias Médicas según corresponda, de acuerdo a la necesidad de la institución. “

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 114 - Especificaciones técnicas del ítem 9 – Criterio 2.22.2

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Donde dice: Pedal monopolar. Clase de protección al menos IPX7. Cantidad: 01
Se solicita a la convocante que la clase de protección sea al menos IPX7 o IPX8, de esta manera permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 115 - Anticipo.

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Teniendo en cuenta que el llamado contempla el pago de anticipo, favor aclarar que la emisión de la orden de compra a partir de cuya recepción se inicia el cómputo del plazo de entrega de los bienes será emitido dentro de los 5 días de depositado el monto del anticipo en la Cta. Cte. Del Proveedor. –
Y en consecuencia se elimine este apartado: “Las Órdenes de Compra y/o Servicio serán confeccionadas por la Administración del Hospital de Clínicas o de la Facultad de Ciencias Médicas según corresponda, de acuerdo a la necesidad de la institución. “

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 116 - Especificaciones técnicas del ítem 9 – Criterio 2.22.2

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Donde dice: Pedal bipolar. Clase de protección al menos IPX7. Cantidad:
Se solicita a la convocante que la clase de protección sea al menos IPX7 o IPX8, de esta manera permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA, EN EL SICP.

Consulta 117 - Inspecciones y pruebas.-

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Se solicita a la Convocante establecer un plazo máximo de 5 días hábiles de inspecciones y pruebas dentro del cual se deberá aceptar o rechazar total o parcialmente el bien entregado.-

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 118 - Reajuste.-

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Se solicita a la Convocante que el Fluctuante del dólar estadounidense emitido por el Banco Central del Paraguay haya sufrido una variación igual o mayor al cinco por ciento (5%) referente a la fecha de apertura de ofertas.-

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 119 - Especificaciones técnicas del ítem 9 – Criterio 2.22.4

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Donde dice: Carro de transporte: De la misma marca del equipo ofertado. Con 4 ruedas o más, Al menos 2 con frenos. Manija para transporte. Al menos 2 divisores o cajones para resguardo de accesorios. Cantidad: 1
Se solicita a la convocante que la cantidad de cajones sea de al menos 1 unidad, de esta manera permitirá la participación de mayor cantidad de oferentes

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 120 - Porcentajes de multas y moras

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Se solicita a la Convocante que el porcentaje de Multas sea del 0,01 % en igualdad de condiciones al porcentaje de mora.-

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 121 - Pago

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Se consulta a la Convocante si el porcentaje de mora, intereses o reajuste de precios se encuentra previsto dentro del CDP.- | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| LO CONSULTADO CORRESPONDE A OTRO OBJETO DE GASTO. | | |

Consulta 122 - Pago

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Se consulta a la Convocante si el porcentaje de mora, intereses o reajuste de precios se encuentra previsto dentro del CDP.- | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| LO CONSULTADO CORRESPONDE A OTRO OBJETO DE GASTO. | | |

Consulta 123 - Garantía

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita a la Convocante establecer como porcentaje de garantía de fiel cumplimiento de contrato 5% del monto del contrato suscripto.- | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 124 - Plazo de reposición de bienes

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| El Pliego de Bases y Condiciones indica: "El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 5 días" . Solicitamos amablemente considerar 15 A 20 días hábiles, tiempo real en el que se pueden realizar las gestiones de importación de piezas, flete aéreo y despacho, considerando que todos los repuestos son importados únicamente de origen, ya que los mismos deben ser originales y con la garantía del Fabricante. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 125 - Item 9 punto 2.22.5

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita a la convocante que ELIMINE el punto 2.22.5 Pinza monopolar reutilizable entre 17 a 20cm con cable, ya que No corresponde al equipo solicitado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 126 - Item 10 Electrobisturi de altas prestaciones

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Item 10 Punto 2.1.17 Se solicita a la Convocante ampliar el rango de potencia de 300 a 400W

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 127 - Item 10 Electrobisturi de altas prestaciones

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Item 10 Punto 2.2.9.2 Se solicita poner como opcional este equipo de accesorio sistema de control de aspiracion de humo

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 128 - Item 7-Ecógrafo

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Donde dice "Normas de calidad especificas: MERCOSUR, CE, FDA, JIS, TUV (al menos uno)" solicitamos a la convocante agregar "dichas normas deben estar actualizadas al momento de la presentación de la oferta"

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

SE ACLARA QUE DICHAS NORMAS DEBERAN ESTAR VIGENTES AL MOMENTO DE LA APERTURA DE OFERTAS.

Consulta 129 - Item 10 Electrobisturi de altas prestaciones

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Se solicita que los puntos 2.2.10, 2.2.10.1, 2.2.10.2, 2.2.10.3, 2.2.10.4, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14 y 2.2.15 se separen en otro lote ya que la óptica con sus accesorios forman parte del equipo solicitado y las mismas son de uso universal

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Se aclara que se solicita un equipo para uso en Resección Transuretral en solución salina, procedimientos urológicos que se realizan en este Hospital y los cuales no serían posibles sin sus correspondientes accesorios, por lo cual el oferente deberá ajustarse al PBC.

Consulta 130 - Item 7-Ecógrafo

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Donde dice: "Conector o interfase que permita el empleo de dos sondas transductores" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Conector o interfase que permita el empleo de una o más sondas para transductores" debido a que lo solicitado es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, por lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales y así dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2051/ DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 131 - Item 10 Electrobisturi de altas prestaciones

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Item 10 punto 2.2.21 Electrodo tipo espátulas, se solicita a la convocante se pueda cotizar descartables o reutilizable al igual que puntos anteriores | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 132 - Item 7-Ecógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: "Rango dinámico 30 a 72 dB" solicitamos a la convocante confirmar si los valores del rango dinámico son correctos, o debe decir "Rango dinámico 30 a 220dB", debido a que los valores solicitados son muy bajos y no coinciden con las características del equipo solicitado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 133 - Item 7-Ecógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: "Cineloop de 64 cuadros mínimo" solicitamos a la convocante confirmar si los valores del cineloop son correctos, o debe decir "cineloop de 1.100 cuadros mínimo", debido a que los valores solicitados son muy bajos y no coinciden con las características del equipo solicitado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 134 - Item 7-Ecógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: "Modos de imagen: Modo B con 4 focos posicionables. Modo M. Modo B/B. Modo B/M. Modo B cuádruple." solicitamos a la convocante que el Modo B cuádruple sea opcional, debido a que esta característica no afecta a la calidad ni a la precisión del estudio, dando así oportunidad a una mayor cantidad de oferentes | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 135 - Item 7-Ecógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice " Adaptador para 02 (Dos) puertos activo para conexión de transductores, fácilmente intercambiables" solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional, debido a que esta característica no afecta a la calidad ni a la precisión del estudio, pero sí afecta al precio del equipo, haciendo que el mismo sea superior al precio referencial, limitando así una mayor cantidad de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 136 - Item 7-Ecógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: "Convexo:frecuencia de operación de 3.5 MHz -5.0 MHz" solicitamos a la convocante modificar a "Convexo:frecuencia de operación de 1.5 MHz -5.0 MHz." a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 137 - Item 7-Ecógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: "Endocavitario de 6.5 MHz" solicitamos a la convocante modificar a "Endocavitario de 3.5 MHz-10MHz" a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 138 - Item 7-Ecógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: "Lineal de 4.0 MHz a 16MHz" solicitamos a la convocante modificar a "Lineal de 3.5 MHz o menor a 13MHz o mayor" debido a que el ancho de banda solicitado por el PBC limita la participación de varios equipos, por encontrarse presente en muy pocos modelos disponibles en el mercado. Además el valor de ancho de banda que solicitamos es el estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos de diferentes Centros a nivel regional. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 139 - Item 7-Ecógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| En el ítem 7 Solicitamos a la convocante agregar 85.000 canales de procesamiento digital o mejor, considerando que para optar por un equipo de altas prestaciones es necesario que cuente con los suficientes canales digitales para el mejor procesamiento de la imagen. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 140 - Item 7-Ecógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| En el ítem 7 Solicitamos a la convocante agregar doppler tisular color y espectral, considerando que el equipo puede ser utilizado para varias aplicaciones no solo en cardiología sino también en eco cardio fetal donde es fundamental la utilización de estos modos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 141 - Item 7-Ecógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| En el ítem 7 Solicitamos a la convocante agregar medida de Volumen de Flujo debido a que esta característica es importante para la evaluación de los flujos vasculares. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 142 - Item 7-Ecógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En el ítem 7 Solicitamos a la convocante agregar maletín de resguardo para el ecógrafo, debido a que el mismo es un equipo portátil y puede ser fácilmente dañado, por lo que es importante resguardarlo, a fin de asegurar que el mismo se mantenga en buen estado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 143 - Item 7-Ecógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| En el ítem 7 solicitamos a la convocante aclarar la dependencia que solicitó el ecógrafo, a fin de ofertar el equipo que sea más acorde a dicha especialidad. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 144 - Item 7-Ecógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En el ítem 7 Solicitamos a la convocante agregar steering del doppler pulsado, debido a que el mismo es indispensable para una buena adquisición del doppler pulsado y continuo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 145 - Item 7-Ecógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| En el ítem 7 Donde dice: "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: El 100% Dentro de los 60 días corridos a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor", Solicitamos a la convocante modificar a "plazo de entrega del equipo al menos 75 días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor tras el pago del anticipo ". Lo solicitado obedece a los retrasos en el transporte que son ocasionados por inconvenientes registrados en la cadena logística a nivel mundial. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 146 - Ítem 7-Ecógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En el ítem 7 respecto a la garantía solicitada en el punto 3.4 Solicitamos a la convocante: | | |
| 1) Aclarar si la garantía es de dos años, pues en la capacidad técnica dice: "incluir mantenimientos preventivos y correctivos por un año" lo que genera una discrepancia con lo solicitado. | | |
| 2) Considerar que los transductores son considerados como material de desgaste y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante, por lo que solicitamos excluir los mismos de las condiciones de garantía establecidas en el PBC. | | |
| 3) Aclarar que la garantía no incluye los daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgastes natural. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Se aclara que para el ítem se solicita dos años de garantías, incluyendo los transductores, y además se solicita incluir como mínimo un mantenimiento preventivo anual durante el periodo de garantía establecido. | | |

Consulta 147 - Precio referencial

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante actualizar los precio referenciales de los ítems 24 y 25. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 148 - Ítem N° 1 Monitor Multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Ítem N° 1 Monitor Multiparamétrico, en una parte de las especificaciones técnicas dice: Rango de medición 15 a 300 lpm Solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con: Rango de medición 25 a 300 lpm o mejor | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. SE ACLARA QUE EL ÍTEM N° 1 NO CORRESPONDE A MONITOR MULTIPARAMETRICO, ES EL ÍTEM N° 17, VERIFICAR ANTES DE ENVIAR CONSULTAS. | | |

Consulta 149 - Ítem N° 1 Monitor Multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Ítem N° 1 Monitor Multiparamétrico, en una parte de las especificaciones técnicas dice: Rango de impedancia: 100 Ω -1500 Ω Solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con: Rango de impedancia: 100 Ω -1500 Ω o mejor rango | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---------------------------------------|--------------------|------------|
| La consulta no corresponde al ÍTEM 1. | | |

Consulta 150 - Plan de Entrega (Bienes)

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos. 3- Plan de Entrega (Bienes) dice: Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 20 días corridos posterior a la recepción de la Orden de compra por parte del proveedor. Solicitamos respetuosamente al Convocante extienda el plazo de entrega de bienes, sugerimos que quede de la siguiente manera: Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 60 días corridos posterior a la recepción de la Orden de compra por parte del proveedor. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 151 - Item 7

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Favor aclarar si se debe incluir carro de transporte original de la misma marca del ecógrafo ofertado | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| La marca del carro de transporte es a criterio del oferente. | | |

Consulta 152 - ITEM 7

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Punto 2.9. Donde dice Rango Dinámico 30 a 72 dB, recomendamos solicitar Rango dinámico al menos 250dB | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 153 - ITEM 7

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Recomendamos solicitar que el equipo cuente con al menos las siguientes aplicaciones activas, ginecología, obstetricia, mamas, tiroides, abdomen, pequeñas partes, tiroides e imagen general | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 154 - Item 7

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Punto 2.10. Donde dice Controles deslizables de ganancia TGC, solicitamos diga: Al menos 8 controles deslizables de ganancia TGC | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 155 - ECOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice Transductor Convexo: Frecuencia de operación de 3.5Mhz - 5.0Mhz recomendamos diga: Transductor Convexo: Frecuencia de operación de 1.0 Mhz - 5.0Mhz | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 156 - Item 8 Electrocardiografo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 2.14.2 ¿Se podría cotizar papel Z-Fold para la impresión? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 157 - ITEM 7

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Punto 2.11. Donde dice Cineloop de 64 cuadros mínimo, recomendamos diga: Cineloop de 1000 cuadros mínimo | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 158 - ITEM 7

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Punto 2.11. Donde dice Cineloop de 64 cuadros mínimo, recomendamos diga: Cineloop de 1000 cuadros mínimo | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 159 - ITEM 7

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Punto 2.12. Donde dice: Batería incorporada, recomendamos diga: Batería incorporada con al menos 90 minutos de autonomía | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 160 - ITEM 7

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice Transductor lineal de 4 a 16, solicitamos permita ofertar Transductor lineal con frecuencia de operación de 4 a 15Mhz | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 161 - Reemplazo de los Bienes

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita a la convocante extender a 15 dias el plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 162 - Item 7

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice Transductor Endocavitario de 6.5Mhz, Recomendamos solicitar Transductor endocavitario, recomendamos diga: Transductor Endocavitario con frecuencia de operación de 3 a 9 Mhz | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 163 - Item 7

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice Transductor Endocavitario de 6.5Mhz, Recomendamos solicitar Transductor endocavitario, recomendamos diga: Transductor Endocavitario con frecuencia de operación de 3 a 9 Mhz | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 164 - ITEM 3 - CAJA PARA INSTRUMENTAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Certificados de Calidad: CE, TÜV, ISO 13485, FDA, JIS, al menos 3, solicitamos sean aceptados dos certificados, no todos los instrumentales de origen europeo cuentan con FDA, así como no todos los instrumentales procedentes de USA cuentan con CE | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 165 - ITEM 3 - CAJA PARA INSTRUMENTAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: 01 (una) Caja capaz de contener la totalidad de los instrumentos solicitados: 20 +/-5 x 100 o mas, solicitamos aclaren las medidas o se elimine y que la caja sea adecuada a la cantidad de instrumentales solicitados. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 166 - ITEM 3 - CAJA PARA INSTRUMENTAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos se eliminen los puntos: 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 considerando que estos no aplican a instrumentales, solo a equipos médicos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 167 - ITEM 8 - ELECTROCARDIOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Rango de Medición <+/- 5mVpp. Tiempo constante > 3,2s, solicitamos aclarar si se refiere a rango de medición < + 5 mm/Vm, además aclarar a qué tiempo se refiere. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| El valor del rango de medición debe ser menor aun valor determinado en mili voltios pico a pico (mV (Vpp)); en un tiempo constante mayor a 3.2 segundos. | | |

Consulta 168 - ITEM 8 - ELECTROCARDIOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan: Al menos 50 (cincuenta) electrodos desechables sugerimos que los electrodos descartables sean entregados solo si el equipo utiliza electrodos descartables o ponerlos como opcionales | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 169 - ITEM 8 - ELECTROCARDIOGRAFO

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan: al menos 10 (diez) rollos de papel para impresión, pedimos se permitan entregar al menos 10 (diez) resmas de papel para impresión, según el tipo de papel que utilice el equipo ofertado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 170 - ITEM 14 - MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan: Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado, señalamos que la mayoría de los certificados ISO13485 solo menciona el fabricante y los nombres genéricos de los equipos que están autorizados a fabricar, no los modelos específicos de los mismos, por lo tanto solicitamos se omita ese requisito. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 171 - ITEM 14 - MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: Display: de minimo 14 pulgadas, tipo touchscreen (Táctil). Trazados: 12 curvas. El Monitor debe ser de la misma marca que la Maquina de Anestesia, de manera a dar participación a un mayor número de oferentes solicitamos se permitan cotizar: Display: de minimo 12 pulgadas, tipo touchscreen (Táctil). Trazados: 8 curvas y que el Monitor pueda ser de una marca distinta a la Maquina de Anestesia, siempre y cuando cuente con los mismos certificados de calidad. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 172 - ITEM 14 - MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Considerando que el monitor tendrá múltiples parámetros, solicitamos se puedan cotizar monitores con batería de 2,5 horas de duración | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 173 - ITEM 14 - MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice: Sistema de soporte del Monitor a la Maquina de Anestesia, con brazo de soporte original del fabricante, para accesorios del monitor, si se permite cotizar monitor de marca distinta a la máquina de anestesia, solicitamos se cotizan sistema de soporte del monitor a la máquina de anestesia. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 174 - ITEM 14 - MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos se pueda ofertar monitor con: Tendencias gráficas y numéricas de al menos 48 horas de todos los parámetros | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 175 - ÍTEM 3 - Caja para instrumental.

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ÍTEM 3 - Caja para instrumental. Con todo respeto solicitamos a la Convocante permitir ofertar Mango de bisturí n° 2 o 3 | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 176 - ÍTEM 13 LARINGOSCOPIO.

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| ÍTEM 13 LARINGOSCOPIO. Hojas curvas Macintosh, neonatal/pediátrico/adulto. Solicitamos amablemente a la Convocante, permita la variación de +/- 5 mm x 5 mm para las hojas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 177 - ÍTEM 13 LARINGOSCOPIO.

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| ÍTEM 13 LARINGOSCOPIO. Hojas curvas Macintosh, neonatal/pediátrico/adulto. Solicitamos amablemente a la Convocante, permita la variación de +/- 5 mm para la longitud de la espátula de las hojas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 178 - ITEM 17 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde solicitan: Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado, señalamos que la mayoría de los certificados ISO13485 solo menciona el fabricante y los nombres genéricos de los equipos que están autorizados a fabricar, no los modelos específicos de los mismos, por lo tanto solicitamos se omita ese requisito. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 179 - ITEM 17 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice: Rango de Medición: -40 o menos a 370 o mas mmHg, solicitamos se permita cotizar rango de medición de -50 a 360 mmHg, esta diferencia no afecta en la medición y da lugar a la participación de más oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 180 - ITEM 18 - MONITOR MULTIPARAMETRICO

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos que las especificaciones técnicas de este ítem sean revisadas en su totalidad puesto que corresponden a un monitor de la marca Nihon Kohden, lo que contradice la ley de contrataciones públicas que garantiza la libre competencia.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 181 - PRECIOS REFERENCIALES

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos a la convocante actualizar los precios referenciales de todos los ítems ya que se encuentran muy desfasados considerando que el últimos años hubieron incrementos considerables en los fletes y costos de importación.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 182 - ITEM 17 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: Modos para la toma de presión: manual y automática, programable a diferentes intervalos de tiempo de: 1,2,3,4,5 - 10,15,30,60,90, 120,180, 240 y 480 minutos, solicitamos se puedan cotizar modos para la toma de presión: manual y automática, programable por lo menos en 15 intervalos de tiempo

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

Consulta 183 - ITEM 17 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice: Rango de medición de Pulso: 30 - 250 lpm, solicitamos se puedan cotizar monitores con rango de medición de pulso: 40 a 240 lpm, esta diferencia no afecta de ninguna manera la funcionalidad de esta medición

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 184 - Ítem 19

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

2.11 Solicitan: Interfaz de comunicación USB, RS-232 y Ethernet solicitamos diga Interfaz de comunicación USB, RS-232 y Ethernet al menos 2 de ellas

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 185 - Item 19

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 2.12 Se requiere al menos un puerto USB para comunicación o transferencia de datos, solicitamos que este punto sea opcional | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 186 - Item 4 Camilla con ruedas y baranda

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| En el item 4 Camilla con ruedas y baranda en el punto 1.6 solicitan Normas de calidad específicas: MERCOSUR, CE, FDA, JIS, TUV (al menos uno) o Certificado de Registro de Marca vigente para equipos de producción nacional. Solicitamos que puedan confirmar si la camilla que solicitan sea de fabricación nacional el motivo que no contarían con todos los certificados que están solicitando y como sabrán los productos con certificados y que sean de otros países los costos no se ajustan a lo solicitado | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Se aclara para productos nacionales es suficiente presentar el Certificado de Registro de marcas vigente. | | |

Consulta 187 - Item 4 Camilla con ruedas y baranda

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| En el Item 4 Camilla con ruedas y baranda en el punto 3.2 solicitan garantía de 2 años, solicitamos a la convocante que este punto puedan bajar a 1 año, los precios referenciales no se ajustan a la cantidad de años en garantía. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 188 - Item 5 Camilla fija

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En el Item 5 Camillas fija en el punto 3.2 solicitan garantía de 2 años, solicitamos a la convocante que este punto puedan bajar a 1 año, los precios referenciales no se ajustan a la cantidad de años en garantía. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 189 - Item 12 Incubadora

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En el Item 12 Incubadora en el punto 2.9 Capacidad de entrada entre 14 y 17 l/m solicitamos a la convocante aclarar a que entrada se refiere | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 190 - Item 12 Incubadora

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

En el Item 12 Incubadora en el punto 211.1 solicitan tamaño requerido para el lecho es de 60 cm +/- 4cm x 30 cm +/- 4 cm, solicitamos que se soliciten como mínimo 60 cm x 30 cm de esta manera se dará mayor oportunidad a oferentes

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

Consulta 191 - Item 12 Incubadora

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

En el Item 12 Incubadora en el punto 3.4 solicitan garantía de 2 años, solicitamos a la convocante que este punto puedan bajar a 1 año, los precios referenciales no se ajustan a la cantidad de años en garantía.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 192 - Item 12 Incubadora

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

En el item 12 Incubadora en el punto 2.18.4 solicitan Termómetro de fácil lectura y esterilización. Rango de 20 a 40 ° C. Precisión +/- 2 °C o mejor, para un doble control del usuario Solicitamos aclarar a que se refiere este punto ya que en el punto 12 2.18.2 solicitan sensor de temperatura cutánea por lo tanto solicitamos que esta opción sea opcional

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Se refiere a un termómetro esterilizable para un doble control del usuario.

Consulta 193 - Item 20 - Servocuna

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

En el item 20 Servocuna en el punto 2.10 solicitan Memoria no volátil para almacenamiento de parámetros en caso de corte de suministro eléctrico. Solicitamos que este item sea opcional de esta manera se dará mayor participación a los oferentes

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 194 - Item 20 - Servocuna

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

En el item 20 Servocuna en el punto 2.19 panel de gases / resucitación / aspiración solicitamos que este item sea opcional ya que esta refiriendo a un solo oferente LCM con la marca Fanem modelo Ampla 2085

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 195 - Item 23 - Espirometro

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

En el punto 23 Espirometro en el punto 2.3.2 solicitan boquillas descartables, solicitamos a la convocante cambiar las boquillas descartables por filtros con boquillas de esta forma se podrá evitar infecciones cruzadas en el momento de la maniobra.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

Consulta 196 - Item 23 - Espirometro

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

En el punto 23 Espirometro solicitamos a la convocante aumentar a 80.000.000 el precio referencial por el tipo de equipo y accesorios que solicitan.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 197 - ítem N° 7 Ecografo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

En el punto 2.25 solicitan Software para transferencia de imágenes de archivo a PC por cable. Solicitamos a la convocante aclarar los formatos de archivos para transferir y el tipo de lenguaje (ejemplo DICOM) si los mismos serán para compartir o imprimir.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Se aclara que los mismos serán para archivarlos y luego imprimir, de acuerdo a cada formato que disponga el fabricante.

Consulta 198 - Item N° 7 Ecografo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

2.27 Solicitamos excluir este ítem ya que el equipo cuenta con una batería incorporada y no es necesario el UPS para el funcionamiento del mismo.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

Consulta 199 - Item 19

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

4.8 Solicitan: Mecanismo de disparo o Trigger: seleccionable por presión o por flujo. Por presión deberá ser regulable de - 0,2 o menor a 10 cmH2O o mayor y por flujo: 0,5 a 15 lpm o mejor,
Solicitamos diga: Mecanismo de disparo o Trigger: seleccionable por presión o por flujo. Por presión deberá ser regulable de 0,5 o menor a 10 cmH2O o mayor y por flujo: 0,5 a 15 lpm o mejor

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

Consulta 200 - Item 7-Ecógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Referente a garantía solicitada en el punto 3.4 Solicitamos a la convocante: Aclarar si la garantía es de dos años, pues en la capacidad técnica dice: "incluir mantenimientos preventivos y correctivos por un año" lo que genera una discrepancia con lo solicitado. También se debe considerar que los transductores son material de desgaste y su garantía se rige por condiciones de cada fabricante, por lo que solicitamos excluir los mismos de las condiciones de garantía establecidas en el PBC. Aclarar que la garantía no incluye los daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgastes | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
| Se aclara que para el ítem se solicita dos años de garantías, incluyendo los transductores. Además de eso, se solicita incluir como mínimo un mantenimiento preventivo anual durante el periodo de garantía de dos años establecido. | | |

Consulta 201 - EETT ítem 7

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| "Especificaciones técnicas", Página Número 36, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica: "Item 7. 2.27: UPS acorde al consumo del equipo ofertado, con duracion de al menos 30 min" Solicitamos amablemente a la Convocante colocar como opcional dicho ítem considerando los siguientes puntos: - Por las características de peso y dimensiones de la UPS dificultará el transporte del equipo de ecografía y su uso en las dependencias del Hospital. - El equipo de ecografía solicitado ya cuenta con batería incorporada (ítem 2.12) la cual permitirá el uso del equipo ante una falla en la energía eléctrica, por lo que el uso de una UPS ya es redundante, así también evitara encarecer el precio del bien ofertado. | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 202 - EETT ítem 7

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| "Especificaciones técnicas", Página Número 37, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica: "Item 7. 3.6: Se deberán incluir todos los accesorios, insumos y materiales en general que no estén mencionados en las especificaciones técnicas, y que sean necesarios para la instalación y el funcionamiento de los equipos" Solicitamos amablemente a la Convocante detallar el alcance de la solicitud, ya que los accesorios, insumos, materiales necesarios dependen del usuario y del tipo de estudios que será realizado. | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
| Se aclara que para el ítem se solicita dos años de garantías, incluyendo los transductores, y además se solicita incluir como mínimo un mantenimiento preventivo anual durante el periodo de garantía establecido. | | |

Consulta 203 - ITEM 19 VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEJIDAD

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En el ítem 1.7 donde dice "Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado" solicitamos amablemente a la convocante considere que la normativa ISO 13485 se aplica para los fabricantes de dispositivos médicos y hace referencia a las buenas practicas de manufactura, es decir se trata de una normativa que deben cumplir y aplicar cada fabricante para producir los distintos dispositivos que comercializa. En ese sentido, en el documento que acredita al fabricante se debe indicar o señalar el nombre del fabricante y su dirección, no así los modelos de los equipos que fabrica. Las normativas que indican la marca y modelos son FDA, CE, etc. En este contexto solicitamos a la convocante que el ítem quede de la siguiente manera: "Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar los datos del fabricante del equipo ofertado".</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| <p>REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.</p> | | |

Consulta 204 - ITEM 19 VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEJIDAD

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En el ítem 2.3 donde dice "Pantalla LCD color sensible al tacto de 15"" o mayor" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con pantalla LCD o mejor tecnología de al menos 12", teniendo en cuenta que con este tamaño de pantalla ya es posible tener control y monitoreo de los parámetros ventilatorios del equipo, no representando menor prestación y mucho menos daño al paciente. Además se da apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. En ese sentido solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: "Pantalla LCD color o de tecnología superior sensible al tato de al menos 12".</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p> | | |

Consulta 205 - ITEM 19 VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEJIDAD

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>En los ítems 3.7 donde dice "PC y PC+VG", ítem 3.8 donde dice "VC+ y ventilaciones con volumen objetivo en modo neonatal, VNI en modo neonatal" e ítem 3.13 donde dice "Controlada por presión con volumen garantizado", solicitamos amablemente a la convocante permita que se coticie la modalidad TargentVent como opción, considerando que esta modalidad tiene un mejor funcionamiento que consiste en adaptarse automáticamente a la presión de inspiración entre las diferentes respiraciones para alcanzar un volumen tidal objetivo ajustable y determina en cada respiración la distensibilidad dinámica y ajusta la asistencia por presión para la respiración siguiente en función del volumen objetivo; y es aplicable para todo tipo de pacientes. Por lo manifestado solicitamos que cada ítem quede de la siguiente manera: ítem 3.7 "PC y PC+VG o TargentVent", ítem 3.8 "VC+ y ventilaciones con volumen objetivo ó TargentVent en modo neonatal, VNI en modo neonatal" e ítem 3.13 "Controlada por presión con volumen garantizado ó TargentVent".</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p> | | |

Consulta 206 - ITEM 19 VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEJIDAD

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>En el ítem 5.11 "Flexibilidad o cumplimiento estática y flexibilidad o cumplimiento dinámica" solicitamos amablemente a la convocante aclarar el termino "Cumplimiento" se refiere al parámetro "distensibilidad/compliancia". Entendemos que hay un error de tipeo en el ítem por lo que solicitamos la corrección para evitar interpretaciones subjetivas de esta especificación técnica. Sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: "Flexibilidad ó distensibilidad ó compliancia estática, y flexibilidad ó distensibilidad ó compliancia dinámica".</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Se aclara que corresponde al parámetro de distensibilidad y compliancia.</p> | | |

Consulta 207 - ÍTEM 7 Ecógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En el ítem 7 en el punto 2.23 donde dice Lineal de 4.0 MHz a 16MHz, Solicitamos a la convocante poder cotizar lineal de 4 a 12 MHz, la diferencia de MHz no varía los estudios a realizar. Por lo que solicitamos muy amablemente no direccionar a una sola marca de equipo.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p> | | |

Consulta 208 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica.

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>En el punto 7, donde dice Registro Sanitario expedido por la DNVS y el MSP y BS. Solicitamos a la convocante poder incluir o Constancia en trámite debido al trámite burocrático que existe para registrar actualmente.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p> | | |

Consulta 209 - EE TT - ITEM 6 - Lampara Cialitica con satelite

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Incisos 2.6 y 2.15.3: "Diámetro de 70 cm o mayor.". Se solicita a la convocante admitir equipos con cúpulas de 67cm o mayor. Esta diferencia es mínima y así estaría permitiendo la participación de más oferentes.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| <p>REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.</p> | | |

Consulta 210 - EE TT - ITEM 8 - Electrocardiógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Inciso 2.13.2: "Rango de Medición <+/- 5mVpp. Tiempo constante > 3,2s." Se solicita a la convocante admitir equipos con rango de medicion de ±10 mV (Vpp).</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| <p>REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.</p> | | |

Consulta 211 - Experiencia requerida

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Donde dice Demostrar experiencia en la provisión de EQUIPOS MEDICOS con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [30] % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 años] años (2019, 2020,2021) en promedio. Solicitamos amablemente a la convocante este punto pueda quedar de la siguiente manera, Demostrar experiencia en la provisión de EQUIPOS MEDICOS con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al [50] % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 años (2019, 2020,2021) y si en cualquiera de los años citados alcanzará la suma se tomara como validado la experiencia</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p> | | |

Consulta 212 - EE TT - ITEM 8 - Electrocardiógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Inciso 2.13.4: "Voltaje de calibración 1mV +/- 3%." Se solicita a la convocante admitir equipos con precision de +/- 5% (Señal de 1mV).</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| <p>REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.</p> | | |

Consulta 213 - EE TT - ITEM 8 - Electrocardiógrafo

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Inciso 2.13.10: "Selección de derivaciones Auto / Manual." Se solicita a la convocante modificar a OPCIONAL la opción de selección AUTOMATICA de derivaciones. Daría la oportunidad a mejores ofertas sin escatimar en calidad de prestaciones.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p> | | |

Consulta 214 - Item 1 Aspirador de secreciones

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Donde dice "Móvil, con manijas de empuñadura, montado en estructura metálica (pedestal) ". Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipo con sistema de empuje para su transporte. Sugerimos a la convocante la siguiente descripción "Móvil, con manijas de empuñadura o dispositivo de empuje, montado en estructura metálica (pedestal). De esa manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p> | | |

Consulta 215 - Item 1 Aspirador de secesiones

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice "Manijas en la parte frontal y la trasera para el transporte". Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipo con sistema de empuje para su transporte. Sugerimos a la convocante la siguiente descripción "Manijas en la parte frontal y la trasera para el transporte o dispositivo de empuje". De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 216 - Item 1 Aspirador de secesiones

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Donde dice "Rango máximo: -80 kPa / -675 mmHg o menor" Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con rango mayor a -675 mmHg, de esta manera no limitar la participación de equipos con mejores prestaciones y dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes. Sugerimos a la convocante -675mmHg o mayor. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Los rangos se encuentran en valores negativos, es decir, cuanto más alejado se encuentra del cero el valor se considera como menor. El oferente deberá ajustarse al PBC. | | |

Consulta 217 - Item 2 Autoclave de Esterilización

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice "El conjunto de las cámaras será dimensionado para soportar la presión de trabajo de al menos 3,0 kgf/cm ² y de presión de prueba de hidrostática de al menos 4,2 kgf/cm ² para ambas cámaras de acuerdo a la certificación ASME, sección VIII, división I." Solicitamos amablemente a la convocante agregar al requerimiento que los equipos también cumplan con la normativa PET (europea). De manera a dar mayor exigencia a las normativa para reservorios de esta naturaleza. Sugerimos Certificación ASME y PET (ambos). | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 218 - Item 2 Autoclave de Esterilización

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Donde dice "d) indicación del lugar para firma de los responsables." En la sección de impresora. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con indicación de usuario en esta sección. Sugerimos d) indicación del lugar para firma de los responsables o identificación de usuario. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 219 - Item 2 Autoclave de Esterilización

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice "a. Temperatura de proceso entre 101 °C y 135 °C," (punto 2.16.1). solicitamos amablemente a la convocante agregar al requerimiento la acotación o mejor. De esta manera no limitar a equipos con mejores prestaciones.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 220 - Item 2 Autoclave de Esterilización

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice "k. Intervalo de Impresión: 0 a 999 segundos." Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con intervalos de impresión con 180 segundos como máximo. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 221 - Item 2 Autoclave de Esterilización

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Solicitamos a la convocante la revisión del precio referencial de este item. El costo promedio asignado corresponden a equipos de menor capacidad por el orden de 100 litros y de una sola puerta (sin barrera sanitaria). Según precios referenciales de llamados anteriores un equipo con la capacidad que solicita y las prestaciones exigidas corresponden a un valor en promedio de entre 550 a 650 millones de guaraníes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 222 - Item 4 Camilla con baranda

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice "Barandas en acero inoxidable rebatibles en ambos lados. " solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con barandas rebatibles de Polipropileno PP de Alto impacto. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes, también solicitamos que se agregue a las especificaciones técnicas que la camilla sea de altura regulable para dar mayor facilidad al usuario a la hora de cargar pacientes.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 223 - Item 6 Lampara Cialitica con Satelite

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice "Diámetro de de campo de luz ajustable de 230 o menor a 280 mm o mayor." Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con diámetro de campo de luz ajustables con 250mm o menor a 280mm o mayor, este pedido hace referencia a que el requerimiento es muy cercano al valor solicitado. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

Consulta 224 - Item 1 Aspirador de secreciones

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice "Alimentación: tensión dual de 127 / 220 voltios " Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con Voltaje acorde a la tensión utilizada en el País". Sugerimos a la convocante Alimentación eléctrica 220V/50Hz. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 225 - Item 2 Autoclave de Esterilización

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Donde dice "El conjunto de las cámaras será dimensionado para soportar la presión de trabajo de al menos 3,0 kgf/cm² y de presión de prueba de hidrostática de al menos 4,2 kgf/cm² para ambas cámaras de acuerdo a la certificación ASME, sección VIII, división I." Solicitamos amablemente a la convocante agregar al requerimiento que los equipos también cumplan con la normativa PET (europea). De manera a dar mayor exigencia a las normativa para reservorios de esta naturaleza. Sugerimos Certificación ASME y PED (ambos).

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 226 - EE TT - ITEM 14 - Maquina de Anestesia de alta gama

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

2.7: "Sistema de chequeo guiado inicial de funcionamiento de la Maquina, este debe incluir automáticamente el chequeo de la fuga en los vaporizadores.". Se solicita a la convocante modificar este punto a OPCIONAL. Los equipos de alta gama cuentan con sistemas de compensación y chequeo integrados.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 227 - EE TT - ITEM 14 - Maquina de Anestesia de alta gama

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

4.1: "Canister reutilizable y esterilizable con capacidad mínima de 700 g. y máxima de 1200g. O su equivalente en ml." Se solicita a la convocante admitir absorbedores con capacidad de aprox. 1253g o menor. La diferencia es mínima y eficiente, además estaría evitando direccionamientos.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

Consulta 228 - EE TT - ITEM 14 - Maquina de Anestesia de alta gama

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

4.5: "Válvula de sobrepresión (APL) de 0,6 - 0,8 cmH₂O hasta 70 cm de H₂O." Se solicita a la convocante admitir rangos de 5 a 75 cmH₂O.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

Consulta 229 - EE TT - ITEM 14 - Maquina de Anestesia de alta gama

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

4.7: "Soporte tipo brazo móvil a los lados y de altura regulable para la bolsa de reinhalacion." Se solicita a la convocante modificar este punto a OPCIONAL. El mismo es característica de una marca afianzada en el mercado local y la funcion no es esencial para el buen desempeño del equipo.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 230 - EE TT - ITEM 14 - Maquina de Anestesia de alta gama

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

5.13: "Presión de soporte (PSV): de 2 cmH2O o menor a 40 cm de H2O o mayor." Se solicita a la convocante admitir el rango de 3 cmH2O o menor a 40 cm de H2O o mayor. La diferencia es mínima y permitiría la participación de mas oferentes.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

Lo solicitado se ajusta a equipos de Alta Complejidad disponibles en el mercado, los cuales se ajustan a la necesidad real del hospital por lo cual el oferente deberá ajustarse al PBC.

Consulta 231 - EE TT - ITEM 14 - Maquina de Anestesia de alta gama

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

7.2: "Display: de minimo 14 pulgadas, tipo touchscreen (Táctil). Trazados: 12 curvas. El Monitor debe ser de la misma marca que la Maquina de Anestesia". Se solicita a la convocante admitir equipos con pantalla de 12".

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

Consulta 232 - EE TT - ITEM 14 - Maquina de Anestesia de alta gama

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

7.8: "Medición de Transmisión Neuromuscular (TNM), con Tren de cuatro (TOF)." Se solicita a la convocante modificar este punto a OPCIONAL.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 233 - EE TT - ITEM 14 - Maquina de Anestesia de alta gama

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

7.15: "Tendencias gráficas y numéricas de al menos 160 horas de todos los parámetros".
Se solicita a la convocante admitir equipos con capacidad de 120hs., permitiendo la participación de mas oferentes.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP.

Consulta 234 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Item 8 Electrocardiógrafo Donde dice "Sensibilidad, al menos 2.5, 5, 10, 20 (mm/mV). " Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con sensibilidad de al menos 5,10,20, y 40 (mm/mV). De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes. Sugerimos Sensibilidad, al menos 2.5, 5, 10, 20 (mm/mV) o 5, 10, 20,50 (mm/mV). | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 235 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Item 7 Ecógrafo Donde dice "imagen Panorámica en tiempo real". Solicitamos amablemente a la convocante agregar a esta función como opcional o aceptar equipos con imagen panorámica estática. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mayor variedad de ofertas | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 236 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Item 9 Electroestimulador monopolar /bipolar Donde dice "Posibilidad de seleccionar las siguientes funciones de modo corte: Pure, Blend 1, Blend 2, Blend 3, Sistema Hi Cut y Pulse". Solicitamos amablemente a la convocante agregar al modo Hi cut y pulse como OPCIONAL, considerando que la descripción de esta función forma parte de la marca ERBE y WEN. Y de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas. | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 237 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Item 9 Electroestimulador Donde dice "Posibilidad de seleccionar las siguientes funciones en modo bipolar: bipolar, micro bipolar, macro bipolar y bipolar cut". Solicitamos amablemente a la convocante agregar como opcional a las funciones micro bipolar, macrobipolar, considerando que son denominaciones específicas de las funciones las marcas como ERBE/WEM o aclarar la función del requerimiento de manera a dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes. | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 238 - EE TT - ITEM 16 - Mesa quirurgica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 2.10: "Cuatro ruedas de al menos 12.5 cm de diámetro..". Se solicita a la convocante admitir equipos con ruedas de 7.5cm de diámetro, o en su defecto modificar el punto a OPCIONAL. Cada fabricante realiza sus diseños de acuerdo a las prestaciones que debe ofrecer el equipo. El diámetro de las ruedas no es un factor crucial si el fabricante ya ha conseguido certificaciones internacionales. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 239 - EE TT - ITEM 16 - Mesa quirurgica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| 2.11: "Las ruedas de la mesa deben poder compensar irregularidades en el suelo de +-4mm, o mejor". Se solicita a la convocante modificar este punto a OPCIONAL. No debería ser un parámetro obligatorio, debido a que el suelo de un quirófano debe cumplir con muchos requisitos, como mínimamente lo es un suelo nivelado. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 240 - EE TT - ITEM 16 - Mesa quirurgica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| 2.15.1: "Elevación desde 70 cm o menos a 105 cm o más (eléctrica)." Se solicita a la convocante admitir equipos con elevación de rango 72 cm o menos a 105 cm o más. La diferencia es mínima y estaría permitiendo la presentación de mas oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 241 - EE TT - ITEM 16 - Mesa quirurgica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| 2.15.4: "Angulación vertical de la sección espalda: - 45°/80° o mas". Se solicita a la convocante admitir rangos de - 40°/80° o mas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 242 - EE TT - ITEM 16 - Mesa quirurgica

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 2.15.5: "Angulación vertical de la sección piernas: de - 90°/+10° (eléctrica)." Se solicita a la convocante admitir rangos de angulación de - 90°/+10° o MÁS. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 243 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Item 9 Electrobisturi Donde dice "Memoria para al menos 100 tipos de procedimientos". Solicitamos amablemente a la convocante agregar a esta función como OPCIONAL, considerado que el requerimiento corresponde a unidades electro quirúrgica de alta complejidad. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 244 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Item 14 Maquina de Anestesia Dode dice "Válvula de sobrepresión (APL) de 0,6 - 0,8 cmH2O hasta 70 cm de H2O" solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos de Válvula de sobrepresión (APL) de 6 - 8 cmH2O hasta 70 cm de H2O. Teniendo en cuenta que la válvula APL es una válvula mecánica y valores que van del orden de las decimas difícilmente se pueda ajustar o medir, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 245 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Item 14 Maquina de Anestesia Donde dice "Soporte tipo brazo móvil a los lados y de altura regulable para la bolsa de Re inhalación." Solicitamos amablemente a la convocante eliminar el requerimiento de altura regulable del brazo soporte, esto obedece a que esta función es propia de las marcas draequer y General electric. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 246 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Item 14 Maquina de Anestesia Donde dice "Sensibilidad de disparo o trigger por flujo, rango de 0,2 a 10 LPM o mejor rango." Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con rango de disparo por flujo de 0,3 a 10LPM o mejor. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes; Además el requerimiento solicitado es de valor muy cercano a lo sugerido. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 247 - EETT - ITEM 10 ELECTROBISTURI DE ALTAS PRESTACIONES

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| DICE: 10 2.2.9.5 Debe contar con soporte integrado para el pedal CONSULTA: Se puede considerar opcional? esto no afecta en absoluto en las características técnicas ni prestaciones del equipo | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 248 - EETT - ITEM 10 ELECTROBISTURI DE ALTAS PRESTACIONES

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| DICE: 10 2.2.9.4 Al menos 1 cajón para guarda de accesorios CONSULTA: Se puede considerar opcional? esto no afecta ni tiene incidencia alguna en las funciones no prestaciones del equipo solicitado | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 249 - EETT - ITEM 10 ELECTROBISTURI DE ALTAS PRESTACIONES

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| DICE: 10 2.1.19 Frecuencia de salida: 350Khz o mayor CONSULTA: Se puede considerar equipos con Frecuencia de salida de 330 Khz o mayor, esto no afecta en absoluto las prestaciones del equipo, ya que los Gneradores de AF trabajan a partir de los 250 Khz para arriba | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 250 - EETT - ITEM 10 ELECTROBISTURI DE ALTAS PRESTACIONES

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| DICE; 10 2.1.13 Señal de advertencia en caso de falla o desconexión del electrodo neutro: acústica, visual y en forma de texto en pantalla CONSULTA: Se puede considerar Señal de advertencia en caso de falla o desconexión del electrodo neutro: acústica, y/o visual y en forma de texto en pantalla | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 251 - EETT - ITEM 10 ELECTROBISTURI DE ALTAS PRESTACIONES

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| DICE: 10 2.1.12 Capacidad de indicación de electrodo de una pieza, de dos piezas y baby CONSULTA: Se podría considerar solo indicación de electrodo de dos piezas y baby, el electrodo de una sola pieza no puede ser moitoreado porel equipo, por lo tanto es un riesgo para la protección del paciente y el riesgo de sufrir quemaduras, ya no se fabrican ni comercializan electrodos de una pieza, por lo que no tiene sentido, ni lógica este requerimiento | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 252 - EETT - ITEM 10 ELECTROBISTURI DE ALTAS PRESTACIONES

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| DICE: 2.1.10 Programas: 250 o superior, con posibilidad de borrar o guardar programas, según las exigencias de los usuarios. CONSULTA: Se podría considerar con Programas: 89 o superior, con posibilidad de borrar o guardar programas, según las exigencias de los usuarios. La cantidad de 99 programas ya es exagerado en los usos que se le puede dar, como mucho las aplicaciones que se le pueden dar son como 20 programas, y mucho más que se usaría para UROLOGIA, solicitar 250 programas o superior, solo abre la posibilidad de protesta, ya que no se puede justificar dicho requerimiento | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 253 - EETT - ITEM 10 ELECTROBISTURI DE ALTAS PRESTACIONES

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| DICE: 10 1.6 Certificados de Calidad: CE, TÜV, FDA, JIS, al menos 2. Especificar cual norma: CONSULTA: Se podría considerar una de ellas, ya que por ejemplo el CE es equivalente al FDA, no tiene sentido solicitar 2 normas con la misma calidad de certificación uno es para la COMUNIDAD EUROPEA, otro es para los EEUU | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 254 - EE TT - ITEM 17 - Monitor multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 3.4: "Rango para frecuencia cardiaca: 15 lpm a 350 lpm". Se solicita a la convocante admitir rangos de 15 lpm a 300 lpm, dando oportunidad a más oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 255 - EE TT - ITEM 17 - Monitor multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| 3.7 y 3.8: Limites de alarma. Se solicita a la convocante modificar este punto debido a que los fabricantes no presentan estos datos en rango. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 256 - EE TT - ITEM 17 - Monitor multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 3.14: "Detección de Marcapasos". Se solicita a la convocante admitir la selección manual de marcapasos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 257 - EE TT - ITEM 17 - Monitor multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 8.5: "Tiempo de inflado total: <30 seg (para brazaletes estándar adulto)." Se solicita a la convocante modificar este punto y admitir una referencia al "tiempo máximo de inflado". | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 258 - EE TT - ITEM 17 - Monitor multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 8.3: "Modos para la toma de presión: manual y automática, programable a diferentes intervalos de tiempo de: 1,2,3,4,5 - 10,15,30,60,90, 120,180, 240 y 480minutos". Se solicita a la convocante modificar este punto liberando el intervalo de tiempo de medicion. Tomando como referencia lo referido en otro ítem de similares características: "Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo." | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 259 - EE TT - ITEM 17 - Monitor multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 9.2: "Rango de Medición: -40 o menos a 370 o mas mmHg." Se solicita a la convocante admitir rangos de medicion de -40 o menos a 300 o mas mmHg, permitiendo la presentacion de más oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 260 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Item 16 Mesa Quirurgica Donde dice "Largo de la mesa: al menos 213 cm." Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con largo de 197 cm o mayor. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes. Sugerimos Largo de la mesa: 213cm +/-16 cm. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 261 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Item 16 Mesa Quirurgica Donde dice "Ancho de la mesa: al menos 55 cm." Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con ancho de la mesa de al menos 50cm o mayor, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes considerando que es ancho suficiente para soportar cualquier tipo de paciente | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 262 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Item 16 Mesa Quirurgica Donde dice "Cuatro ruedas de al menos 12.5 cm de diámetro." Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con ruedas de inferior diámetro, considerando que las ruedas se utilizan solamente para posicionamiento dentro de la sala de cirugía y no así para transporte; por lo tanto no requiere de ruedas de tamaño grande. Sugerimos, Ruedas de al menos 8cm de diámetro. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 263 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Item 16 Mesa Quirurgica Donde dice "Inclinación lateral: $\pm 20^\circ$ o más, (eléctrica)." Solicitamos amablemente a la convocante aceptar mesas con inclinación lateral de $\pm 18^\circ$ o más. 18° es inclinación suficiente para la aplicación deseada en un procedimiento quirúrgico, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes. Sugerimos Inclinación lateral: $\pm 20^\circ (+/-2^\circ)$, eléctrica. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 264 - EE TT - ITEM 18 - Monitores multiparametricos con capnografía

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| 3.6.3: "Medición de variación de presión sistólica (VPS), Variación de presión de pulso (VPP), Presión de perfusión cerebral (PPC), Medición de la presión venosa central al final de la espiración (PVC-ET)." Se solicita a la convocante admitir la medición de PVC, o modificar a OPCIONAL la PVC ET. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 265 - EE TT - ITEM 18 - Monitores multiparametricos con capnografía

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| 5.1: "Con al menos 8 canales de EEG". Se solicita a la convocante admitir 4 canales, permitiendo la presentación de más oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 266 - EE TT - ITEM 18 - Monitores multiparametricos con capnografia

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 5.5: "Rango de frecuencia de 0,5 a 30 Hz o mejor". Se solicita a la convocante admitir el rango de frecuencia de 1 a 30 Hz o mejor. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 267 - EE TT - ITEM 18 - Monitores multiparametricos con capnografia

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 5.6: "Resolución menos a 70 nV". Se solicita a la convocante modificar este punto a OPCIONAL. Los gráficos son presentados en frecuencia. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 268 - EE TT - ITEM 18 - Monitores multiparametricos con capnografia

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| 5.7: "Impedancia de entrada > 8MΩ a 10 Hz". Se solicita a la convocante admitir el rango de impedancia de $\geq 15 \text{ M } \Omega$ a 10 Hz. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 269 - EE TT - ITEM 18 - Monitores multiparametricos con capnografia

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 5.8: "Nivel de ruido < 0.5 μV rms de 0,5 Hz a 30 Hz". Se solicita a la convocante admitir un nivel de ruido de $\leq 0,5 \text{ uV}$ rms (de 1 a 30 Hz). | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 270 - EE TT - ITEM 19 - Ventilador pulmonar de alta complejidad

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| 2.1: "Capacidad para ventilar pacientes a partir de 500 gr". Se solicita a la convocante modificar este parámetro por su equivalente en VOLUMEN; Por ejemplo, a partir de 2mL. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 271 - EE TT - ITEM 19 - Ventilador pulmonar de alta complejidad

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 2.3: "Pantalla LCD color sensible al tacto de 15" o mayor." Se solicita a la convocante admitir equipos de 12" o más. Existen equipos con las prestaciones solicitadas más compactos y prácticos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 272 - EE TT - ITEM 19 - Ventilador pulmonar de alta complejidad

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 3.9: "VCV, VCV-AVC,". Se solicita a la convocante aclarar este requerimiento. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Se aclara que corresponde a las siglas de Ventilación controlada por volumen (VCV) y Ventilación asistida controlada (ACV). | | |

Consulta 273 - EE TT - ITEM 19 - Ventilador pulmonar de alta complejidad

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| 4.8: "Mecanismo de disparo o Trigger: seleccionable por presión o por flujo. Por presión deberá ser regulable de -0,2 o menor a 10 cmH2O o mayor y por flujo: 0,5 a 15 lpm o mejor". Se solicita a la convocante modificar el rango de trigger por presión. Por ejemplo podría ser: "Por presión deberá ser regulable de: OFF, -20 o menor a -0.5 cmH2O o mayor". Se presume un error de redacción. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 274 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Item 17 Monitor Multiparamétrico Donde dice "Rango de medición de Pulso: 30 - 250 lpm." Solicitamos amablemente a la convocante Ampliar el requerimiento de rango de medición de pulso de 40 lpm o menor a 240 lpm o mayor. Con la aceptación de esta sugerencia no se estaría limitando las prestaciones del equipo atendiendo que son pulsaciones muy bajas como muy elevadas las sugeridas, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 275 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Item 17 Monitor Multiparamétrico Donde dice "Rango de Medición: -40 o menos a 370 o mas mmHg." Solicitamos amablemente a la convocante aceptar rango de medición de -10 a 300mmHg. Considerando que el rango del valor sugerido es suficiente para medición de presión arterial; Además, generalmente no se mide presión arterial negativa y 280mmHg es valor de presión sobre elevado para medición de PI. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 276 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Item 18 ventilador pulmonar de alta complejidad Donde dice "Cálculo automático del peso teórico y selección de la interfaz de acuerdo al paciente ". Solicitamos amablemente a la convocante agregar a esta función como OPCIONAL o agregar el peso del paciente como un dato a ser introducido. Considerando que son funciones limitantes en las competencias sabiendo que son propias de una marca en especifica. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tano mejores ofertas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 277 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Item 18 Ventilador Pulmonar de alta complejidad Donde dice "Frecuencia respiratoria (rpm) límite inferior 1 o menor y límite superior 130 o mayor. "Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con frecuencia respiratoria de 100 rpm o mayor. Se considera que el valor solicitado es parámetro suficiente para soportar pacientes neonatales, pediátricos, y adultos que requieran de ventilación mecánica de alta complejidad. Es de común conocimiento que un adulto normal sano requiere de 12rpm, de un neonato es de 40rpm. Estos parámetros varían de acuerdo a la patología que generalmente no sobrepasan las 80 rpm, salvo que se requiera de ventilación de alta frecuencia que es otro concepto y tipo de soporte ventilatorio. Sugerimos a la convocante limite inferior 1 o menor y limite superior 100 o mayor. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 278 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Item 20 Servocuna Donde dice "Simbología universal para las teclas y rótulos en español." Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con simbología universal e idioma en ingles. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 279 - PARA TODOS LOS ITEMS

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>CONSULTA: Se solicita que el plazo de entrega sea de 120 días como mínimo. La justificativa a esta solicitud sería los atrasos en la fabricación y entrega de equipos médicos atribuidos principalmente a dos factores principalmente, según los expertos: Las causas comúnmente citadas de la escasez incluyen la pandemia de COVID-19 en CHINA , y la guerra comercial entre China y Estados Unidos.</p> <p>REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20220312/8119652/entrega-chips-aumenta-escasez-semiconductores-pmv.html• https://www.bbc.com/mundo/noticias-55955119• https://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_global_de_chips_(2020-presente)• https://www.youtube.com/watch?v=rwwLtiNxPzM | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 280 - Item 6 Lámpara cialítica con satélite

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| <p>CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones y permitir mayor cantidad de oferentes, se solicita que donde Dice: Diámetro de 70 cm o mayor. Diga: Diámetro de 60 cm o mayor.</p> | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 281 - Item 6 Lámpara cialítica con satélite

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones se solicita que donde dice: Diámetro de campo de luz ajustable de 230 o menor a 280 mm o mayor, diga: Diámetro de campo de luz ajustable de 200 o menor a 250 mm o mayor</p> | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 282 - Item 6 Lámpara cialítica con satélite

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| <p>CONSULTA Se recomienda que la cialítica tenga un panel de control principal localizado en la pared y panel de control individual en cada cúpula o brazo resorte. Una vez posicionada la cialítica sobre el campo, cualquier accionamiento de su panel de control en la cúpula o en el brazo resorte, puede mover la cialítica de su posicionamiento sobre el campo. Generalmente las cialíticas son comandadas desde el control de pared por un personal de enfermería.</p> | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 283 - Item 6 Lámpara cialítica con satélite

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA En las especificaciones se estableció un tiempo de vida útil de 30.000hs de los LEDS. Cabe mencionar que la cantidad de horas de vida útil es directamente proporcional a la calidad de los leds. Es decir, cuanto menor es la vida útil de menor calidad son los leds. Actualmente la tecnología de los leds está muy avanzada y por lo tanto se solicita que donde dice: Tiempo de vida útil de al menos 30.000 horas. Diga: Tiempo de vida útil de al menos 50.000 horas | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 284 - Item 6 Lámpara cialítica con satélite

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA Se consulta si la cialítica debe ser compatible con Flujo Laminar. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 285 - Item 6 Lámpara cialítica con satélite

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA Debido a que se solicitan LEDs blancos, favor aclarar si el diámetro del campo de luz debe ser ajustable electrónicamente y controlado en el panel de control. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 286 - Item 6 Lámpara cialítica con satélite

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA Se consulta si el control del aumento y disminución de la intensidad luminosa debe ser digital y electrónico, ajustable en el panel de control. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 287 - Item 6 Lámpara cialítica con satélite

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA Se solicita que donde dice; Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de 95 % como mínimo, también se agreguen el Índice de Rendimiento de color R9 (Rojo saturado, color de la sangre) de 85% o mayor, el Índice de Rendimiento de color R15 (color de la piel) del 95% o mayor. Esto debido a que se tratan de lámparas LEDs que no son buenas para la reproducción del color Rojo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 288 - Item 6 Lámpara cialítica con satélite

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA Se consulta si el la scialitica debe tener luz ambiental, con control electrónico de su intensidad luminosa, para cirugías con video laparoscopia o endoscópicas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 289 - Item 6 Lámpara cialítica con satélite

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Consulta En las especificaciones se solicita solamente la profundidad de iluminación al 20%, pero actualmente la Norma IEC 60601-2-41 "Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las luminarias quirúrgicas y las luminarias para diagnóstico", solicitan que se especifiquen también la profundidad de iluminación al 60%. Por lo tanto, se solicita que en las especificaciones también se solicite la profundidad al 60%, se recomienda un mínimo de 50cm o mayor, de forma a atender la Norma IEC 60601-2-41. Favor verificar. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 290 - Item 6 Lámpara cialítica con satélite

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA Se consulta si el equipo debe tener panel de control, instalada en la pared de la sala, donde se pueden controlar funciones como: Encendido/Apagado, Selección de la cialitica principal y satélite, Luz ambiental, Control de intensidad luminosa, Diámetro del punto focal, Indicador visual del nivel de carga de la batería. Favor especificar. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 291 - Item 6 Lámpara cialítica con satélite

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA Se consulta si la debe poseer control de intensidad digital y electrónico de 10 a 100% o mejor rango. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 292 - Item 6 Lámpara cialítica con satélite

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA Debido a que una cúpula no debe tener topes, se solicita que donde Dice: Con giro rotatorio de 360º o más en ambos satélites. Diga: Con giro rotatorio de 360º o más en ambos, sin topes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 293 - Item 6 Lámpara cialítica con satélite

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA Favor aclarar si la cialítica debe tener Control automático del flujo de iluminación de los LED de forma a evitar la caída de la potencia de la iluminación que es inherente a los LEDs. Esto posibilita una iluminación constante durante toda la cirugía. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 294 - Item 19 Ventilador pulmonar de alta complejidad

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA En las especificaciones solicitan Sensor de flujo neonatal proximal. No todos los fabricantes utilizan sensores de flujo neonatal proximal. Esto depende de la tecnología utilizada en el diseño y construcción de los sensores de flujo inspiratorio y espiratorio. Por lo tanto, solicitar que todos los ventiladores tengan un sensor de flujo neonatal proximal está equivocado y podría dirigir las especificaciones a ventiladores que necesitan necesariamente de un sensor de flujo proximal. Por esto, se solicita que donde dice: Sensor de flujo neonatal proximal, diga: Sensor de flujo neonatal proximal, si el equipo lo necesita para ventilar neonatos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 295 - Item 19 Ventilador pulmonar de alta complejidad

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA: Se consulta si el ventilador puede en el futuro ser actualizado para ventilar en ventilación oscilatoria en alta frecuencia. Favor verificar. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| No se precisa. El oferente deberá ajustarse al PBC. | | |

Consulta 296 - Item 19 Ventilador pulmonar de alta complejidad

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>CONSULTA Se consulta si el Nebulizador integrado y sincronizado con la inspiración, debe ser electrónico del tipo micro bomba, y cuyo flujo no debe modificar el volumen corriente programado. Porque existen sistemas de nebulización que no son nebulizadores y si salidas con cierto flujo para ser conectadas a un nebulizador externo y que modifican el volumen corriente programado por el intensivista.</p> <p>CONSULTA Favor aclarar si el nebulizador posea dos modos de funcionamiento: por tiempo y de forma continua, programables y ajustables por el usuario en el panel de control del ventilador.</p> <p>CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones y considerando que el peso no siempre está relacionado con el edad del paciente, existen pacientes con alto y bajo peso, en algunos casos con edades que no se relacionan a su peso. Además la responsabilidad de la selección del rango del paciente es responsabilidad del intensivista y no del equipo. Se solicita que donde dice: Cálculo automático del peso teórico y selección de la interfaz de acuerdo al paciente, diga: Cálculo automático del peso teórico y selección de la interfaz de acuerdo al paciente por el médico.</p> <p>CONSULTA para evitar confusiones y errores. Se solicita donde dice: Sensibilidad por presión, por flujo o ambos. Sensibilidad por flujo (trigger por flujo). Diga: Sensibilidad o trigger por presión y por flujo.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>No se precisa que sea electrónico, no se precisa de dos modos de funcionamientos, para los demás puntos ajustarse a las especificaciones del PBC. Las especificaciones son las mínimas requeridas.</p> | | |

Consulta 297 - Item 19 Ventilador pulmonar de alta complejidad

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>CONSULTA Por definición de nebulización es el depósito de partículas aerosolizadas de 1 a 5um de tamaño para que tenga un efecto terapéutico. Por lo tanto, favor especificar que Tamaño de la partícula producida por el nebulizador sea de 5 micrometros o menor, para garantizar el depósito del medicamento en forma correcta.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p> | | |

Consulta 298 - Item 19 Ventilador pulmonar de alta complejidad

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>CONSULTA Se consulta si el ventilador puede tener un sistema de back up o respaldo que compensa la falta de cualquiera de los gases medicinales: Oxígeno o Aire Comprimido, sin perjudicar o volumen proporcionado al paciente. Por lo tanto, se solicita que donde</p> <p>Dice: Turbina integrada o compresor externo montado sobre la base del ventilador,</p> <p>Diga: Turbina integrada o compresor externo montado sobre la base del ventilador o Sistema de Back-Up" que compensa la falta de cualquiera de los gases medicinales: Oxígeno o Aire Comprimido, sin perjudicar o volumen proporcionado al paciente.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p> | | |

Consulta 299 - Item 19 Ventilador pulmonar de alta complejidad

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA No todos los fabricantes de ventiladores utilizan los mismos valores de disparo por flujo o por presión. Para no dirigir las especificaciones se solicita que donde Dice: Mecanismo de disparo o Trigger: seleccionable por presión o por flujo. Por presión deberá ser regulable de -0,2 o menor a 10 cmH2O o mayor y por flujo: 0,5 a 15 lpm o mejor , Diga: Mecanismo de disparo o Trigger: seleccionable por presión o por flujo | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 300 - Item 19 Ventilador pulmonar de alta complejidad

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA No todos los fabricantes de ventiladores que disparan con flujo, utilizan L/min como parámetro también se utiliza el porcentaje de flujo base. Luego, como nuestro ventilador controla sensibilidad de disparo por porcentaje del flujo de 0 a 100% con un flujo base de 0,5L/min. Solicitamos poder cotizar sensibilidad de flujo basado en porcentaje y no en un parámetro fijo de lpm porque de lo contrario se limitaría el rango de oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 301 - Item 19 Ventilador pulmonar de alta complejidad

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA Considerando que toda terapia intensiva debe contar con respaldo de generadores, consideramos que un funcionamiento de 120 minutos de batería es exagerado y podría dirigir las especificaciones Se solicita que donde Dice: Con batería interna de respaldo que alimente el equipo y la pantalla por lo menos 120 minutos Diga: Con batería interna de respaldo que alimente el equipo y la pantalla por lo menos 60 minutos o mejor rango. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 302 - Item 19 Ventilador pulmonar de alta complejidad

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA Se consulta si el humidificador debe incluir los sensores de temperatura de la calota y proximal y los cables con los conectores para los alambres calientes de los circuitos. Favor indicar cuantos conectores para alambres calientes debe tener el cable, uno o dos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| El humidificador deberá contar con todos los accesorios para su correcto funcionamiento. El oferente deberá ajustarse al PBC. | | |

Consulta 303 - Item 19 Ventilador pulmonar de alta complejidad

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA Por definición de nebulización es el depósito de partículas aerosolizadas de 1 a 5µm de tamaño para que tenga un efecto terapéutico. Por lo tanto, favor especificar que Tamaño de la partícula producida por el nebulizador sea de 5 micrometros | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 304 - Item 19 Ventilador pulmonar de alta complejidad

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones y considerando que el peso no siempre está relacionado con el edad del paciente, existen pacientes con alto y bajo peso, en algunos casos con edades que no se relacionan a su peso. Además la responsabilidad de la selección del rango del paciente es responsabilidad del intensivista y no del equipo. Se solicita que donde dice: Cálculo automático del peso teórico y selección de la interfaz de acuerdo al paciente, diga: Cálculo automático del peso teórico y selección de la interfaz de acuerdo al paciente por el médico. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 305 - Item 19 Ventilador pulmonar de alta complejidad

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA para evitar confusiones y errores. Se solicita donde dice: Sensibilidad por presión, por flujo o ambos. Sensibilidad por flujo (trigger por flujo). Diga: Sensibilidad o trigger por presión y por flujo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 306 - Item 12 Incubadora

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA Para evitar dirigir las especificaciones utilizando medidas específicas, se solicita que donde Dice: Cúpula de acrílico transparente de alta calidad de al menos 7mm Diga: Cúpula de acrílico transparente de alta calidad de al menos 7mm, aproximadamente | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 307 - Item 12 Incubadora

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA Para evitar dirigir las especificaciones utilizando parámetros específicos, se solicita que donde Dice: Control con modo manual para ajuste de temperatura del aire de 20° C a 39° C o más. Diga: Control con modo manual para ajuste de temperatura del aire de 23° C a 39° C o más. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 308 - Item 12 Incubadora

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA Para evitar confusiones y errores se solicita que la solicitud: Funciones de precalentamiento en la medición de temperatura 0,1 a 0,2° C sea OPCIONAL. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 309 - Item 12 Incubadora

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA Se consulta si la cubierta del filtro de aire debe ser transparente. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Se podrán entregar filtros de aire transparentes. El oferente deberá ajustarse al PBC. | | |

Consulta 310 - Item 12 Incubadora

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA Considerando que la humidificación pasiva es obsoleta y ya no se utiliza, se consulta si la incubadora debe poseer servo control de humedad, con ajuste en el panel de control principal. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 311 - Item 12 Incubadora

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA No todos los fabricantes utilizan las unidades de Litros por minuto para indicar el flujo del aire. Por lo tanto, se solicita que donde Dice: Capacidad de entrada entre 14 y 17 l/m Diga: Capacidad de entrada entre 14 y 17 l/m o velocidad del aire de 10cm/seg. o menor. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 312 - Item 12 Incubadora

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA Para evitar dirigir las especificaciones utilizando medidas específicas, se solicita que donde Dice: Tamaño requerido para el lecho es de 60 cm +/- 4cm x 30 cm +/- 4cm Diga: Tamaño requerido para el lecho es de 65 cm +/- 5cm x 35 cm +/- 5cm | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 313 - Item 12 Incubadora

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

CONSULTA Favor aclarar que donde dice: Válvula de entrada que permite altas concentraciones con bajo flujo, se refiere a que el equipo debe tener servo control de Oxígeno, muy importante en neonatos, con ajuste en el panel de control principal.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

No se refiere a que deba tener servo control de Oxígeno. Ajustarse a las especificaciones del PBC. Las especificaciones son las mínimas requeridas.

Consulta 314 - Item 12 Incubadora

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

CONSULTA Favor aclarar si la incubadora debe poseer gabinetes inferiores con puertas.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 315 - Item 12 Incubadora

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

CONSULTA En las especificaciones no se indicó cual es el peso que debe aguantar el soporte de soluciones. Se recomienda un mínimo de 5kg.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 316 - item 7 Ecografo

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

En el punto 7 2.17 donde dice Imagen Panorámica en tiempo real Solicitamos a la convocante que permita cotizar Imagen Panorámica con Imagen congelada, de esta forma se dará apertura a potenciales oferentes.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 317 - item 7 Ecografo

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|

en el punto 7 2.22 donde dice Endocavitario de 6.5 MHz Solicitamos a la convocante aclarar los rangos del transductor endocavitario.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|------------------|---------------------------|------------|

AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Consulta 318 - Item 20 Servocuna

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>CONSULTA La norma IEC60601-2-21: "Equipos electromédicos. Parte 2-21: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las incubadoras radiantes para recién nacidos", permite un desvío del punto seleccionado en la temperatura cutánea de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, por lo tanto, exigir una precisión de los sensores de al menos $0,3^{\circ}\text{C} + 0,2^{\circ}\text{C}$ está errado porque es exigir más que la propia norma técnica.</p> <p>Se solicita que donde</p> <p>Dice: Sistema de control de temperatura del paciente (servo control) con precisión de los sensores de al menos $0,3^{\circ}\text{C}$.</p> <p>Diga: Sistema de control de temperatura del paciente (servo control) con precisión de los sensores de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ o menor, como lo establece claramente la Norma IEC IEC60601-2-21</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse a las especificaciones del PBC. Las especificaciones son las mínimas requeridas. Una norma técnica no limita mejores prestaciones sino establece un parámetro mínimo a cumplir.</p> | | |

Consulta 319 - Item 12 Incubadora

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>CONSULTA En las especificaciones no se indica la carga máxima que puede soportar el Portasuero de doble servicio. Debido a que el portasuero puede acomodar bombas de infusión se recomienda portasuero con carga mínima de 10kg o mayor.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p> | | |

Consulta 320 - Item 20 Servocuna

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>CONSULTA Favor aclarar si el sistema de aspiración debe ser del tipo Venturi y si el frasco de aspiración debe ser del tipo desmontable y reutilizable.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Se podrá cotizar equipos con sistema de aspiración y frasco de aspiración según especificaciones de cada fabricante.</p> | | |

Consulta 321 - Item 20 Servocuna

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>CONSULTA Se consulta si el sistema de resucitación debe incluir el mezclador con rango de ajuste de 21% a 100% del FiO₂.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p> | | |

Consulta 322 - Item 20 Servocuna

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>CONSULTA Favor aclarar si el resucitador debe tener 2 mezcladores, uno para ajuste de 0a 15LPM para conexión con cánulas y otro para el propio resucitador en T.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|---|--------------------|------------|
| <p>AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.</p> | | |

Consulta 323 - Item 20 Servocuna

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA Se consulta si la servocuna debe tener integrado un temporizador digital para RCP (Resucitación Cardio Pulmonar) con evaluación del tiempo durante la reanimación, y señal que ayuda a calcular la frecuencia cardíaca. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 324 - Item 20 Servocuna

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA Se consulta si la servocuna debe poseer barandillas laterales con dispositivos antigolpes con amortiguador giratorio que evite que se golpeen al abrirlas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 325 - Item 20 Servocuna

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA Se consulta si la servocuna debe poseer ruedas dobles que le dan mayor estabilidad durante procedimientos o transporte y ubicación. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 326 - Item 20 Servocuna

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA Se consulta si La bandeja para cassette de rayos X puede extraerse o insertarse desde la parte delantera y desde ambos laterales de la plataforma del colchón. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 327 - Item 20 Servocuna

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA Se consulta si el equipo debe poseer modo de precalentamiento que es el modo que calienta el colchón de la servocuna preparándola para un ingreso y así evitar la hipotermia por contacto. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 328 - Item 20 Servocuna

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA No todos los fabricantes usan termostato como dispositivos de protección, por lo tanto se solicita que donde dice: Termostato adicional de seguridad para el caso de avería del termostato de temperatura ambiente próxima al paciente, diga: Termostato adicional de seguridad o disyuntor para el caso de avería del termostato de temperatura ambiente próxima al paciente. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 329 - Item 20 Servocuna

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA Se consulta si se puede cotizar bandeja posterior con capacidad de carga de 15kg y capacidad para 2 monitores multiparamétricos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 330 - Item 20 Servocuna

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA Se consulta si se puede cotizar luminoterapia con area de cobertura de radiación sobre lecho del paciente de 300mmx200mm o mayor superficie. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 331 - Item 20 Servocuna

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA Considerando que la calidad de los leds está directamente relacionada con su vida útil. Se recomienda que la vida útil de los leds sea de 50.000hs como mínimo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 332 - Item 20 Servocuna

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA Favor especificar que la luminoterapia no debe tener partes internas móviles como ventiladores internos que producen ruido y estrés al neonato. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 333 - ITEM 14 MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>En el ítem 1.7 donde dice "Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado" solicitamos amablemente a la convocante considere que la normativa ISO 13485 se aplica para los fabricantes de dispositivos médicos y hace referencia a las buenas practicas de manufactura, es decir se trata de una normativa que deben cumplir y aplicar cada fabricante para producir los distintos dispositivos que comercializa. En ese sentido, en el documento que acredita al fabricante se debe indicar o señalar el nombre del fabricante y su dirección, no así los modelos de los equipos que fabrica. Las normativas que indican la marca y modelos son FDA, CE, etc. En este contexto solicitamos a la convocante que el ítem quede de la siguiente manera: "Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar los datos del fabricante del equipo ofertado"</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 334 - ITEM 14 MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| <p>En el ítem 2.3 donde dice "Amplia superficie de trabajo, con iluminación integrada de intensidad regulable", solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con iluminación integrada de intensidad de tres niveles de iluminación: off, tenue y normal, y de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 335 - ITEM 14 MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En el ítem 2.4 donde dice "Cuatro ruedas, al menos dos de ellas con freno central" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con cuatro ruedas y que los frenos se encuentren en cada rueda, considerando que esta solicitud no afecta al uso ni desempeño final del equipo y es una característica constructiva y de diseño propio de cada fabricante</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 336 - ITEM 14 MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En el ítem 2.7 donde dice "Sistema de chequeo guiado inicial de funcionamiento de la Maquina, este debe incluir automáticamente el chequeo de la fuga en los vaporizadores" solicitamos a la convocante que el chequeo automático de fuga en los vaporizadores sea opcional, puesto que esto es una característica única y exclusiva de un solo fabricante. Los distintos sistemas de anestesis cuentan con formas o protocolos de chequeo manual de fuga en los vaporizadores y no se encuentran incluidos en el software del equipo, mas bien es un procedimiento de rutina que el operador realiza durante la verificación total del sistema.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 337 - ITEM 14 MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En el ítem 3.1 donde dice "Flujómetro electrónico para O2" y en el ítem 3.2 donde dice "Flujómetro electrónico para Aire comprimido" solicitamos amablemente a la convocante aclarar la descripción de la siguiente manera "Flujómetro electrónico o digital" para evitar interpretaciones subjetivas al momento de evaluar las ofertas, ya que hay fabricantes que en los catálogos señalan al flujómetro electrónico como digital. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 338 - ITEM 14 MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En el ítem 3.5 donde dice "Dispositivo de salida exclusiva de gas auxiliar, sin necesidad de desconexiones y conexiones adicionales, para conectar un sistema tipo bain o baraka, con indicación en pantalla de activación de esta salida" solicitamos amablemente a la convocante que la indicación en pantalla de la activación de la salida de gas auxiliar sea opcional, ya que es una característica exclusiva de un solo fabricante. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 339 - ITEM 14 MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En el ítem 4.1 donde dice "Canister reutilizable y esterilizable con capacidad mínima de 700 g. y máxima de 1200g. O su equivalente en mL" solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con canister reutilizable de capacidad máxima de 1500 g, y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes. Este parámetro no modifica ni altera ni mejora el trabajo de la máquina de anestesia para los pacientes y depende de cada fabricante siendo un limitante para la participación de mayores y mejores características | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 340 - ITEM 14 MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| En el ítem 4.4 donde dice "Partes en contacto con el gas exhalado del paciente, esterilizables en autoclave (a excepción del módulo de gases y celda de oxígeno) y desmontables sin necesidad de herramientas" solicitamos amablemente a la convocante que las partes en contacto con el gas exhalado del paciente sean esterilizables por el método según indique el fabricante y no exclusivamente por el proceso de esterilización a alta temperatura que es el autoclave, teniendo en cuenta la variedad de materiales y los distintos métodos de esterilización aplicados según el material que pueden ser limpiados y desinfectados por sumersión, baja temperatura, ultrasonido y alta temperatura. Además, todos estos métodos son practicados normalmente en el hospital de Clínicas | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 341 - ITEM 14 MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| En el ítem 4.5 donde dice "Válvula de sobrepresión (APL) de 0,6 - 0,8 cmH2O hasta 70 cm de H2O" solicitamos amablemente a la convocante que el límite inferior de la válvula de sobre presión (APL) sea de 1 cmH2O o inferior, ya que técnica y clínicamente no hay diferencia si la válvula APL abre a 1 cmH2O o menos, no existiendo incidencia real, esta volumen valor de 0.8 cmH2O solo lo cumple GE con su modelo 9100 CNTX y se estaría limitando la participación de potenciales oferentes por un parámetro que no modifica ni altera ni mejora el resultado REAL esperado de la válvula APL. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 342 - ITEM 14 MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En el ítem 4.7 donde dice "Soporte tipo brazo móvil a los lados y de altura regulable para la bolsa de reinhalacion" solicitamos amablemente a la convocante considere que la altura regulable sea opcional y permita cotizar equipos con el soporte para la bolsa con movimiento con altura fija, ya que la característica de altura regulable es una característica que no modifica ni altera ni mejora el trabajo de la máquina de anestesia para los pacientes y depende de cada fabricante siendo un limitante para la participación de mayores y mejores características | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 343 - ITEM 14 MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| En el ítem 5.3 donde dice "Con medición y aplicación de los parámetros respiratorios en pantalla LCD color de 15 pulgadas como minimo. Pantalla tipo Touch Screen (Táctil)" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con pantalla de 12" o mayor, ya que es una característica que no modifica ni altera ni mejora el trabajo de la máquina de anestesia para los pacientes y además en este tamaño de pantalla se puede obtener todos los parámetros solicitados en estas especificaciones técnicas totalmente visualizados. Esto simplemente es una limitante para la participación de potenciales oferentes | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 344 - ITEM 14 MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En el ítem 5.7 donde dice "Rango de entrega de volumen corriente de 8 ml o menor a 1500 ml (o mayor)" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango inferior de volumen corriente de 10 mL o menor, así se dará apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 345 - ITEM 14 MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En el ítem 5.15 donde dice "Sensibilidad de disparo o trigger por flujo, rango de 0,2 a 10 LPM o mejor rango" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con sensibilidad de flujo en el rango de 0.5 o menor a 10 o mayor LPM y así dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 346 - ITEM 14 MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En el ítem 5.19 donde dice "Medición de la diferencia FiO2 - EtO2" solicitamos amablemente a la convocante que la diferencia de la concentración inspirada y espirada de O2 sea opcional, ya que este parámetro se encuentra relacionado con la medición de EtCO2 y FiO2 solicitados en las especificaciones técnicas, además por ser una característica de medición exclusiva del fabricante Dräger y si se mantiene este parámetro solo un oferente podrá ofertar, excluyendo a todos los potenciales oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 347 - ITEM 14 MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| En el ítem 5.22 donde dice "Identificación automática de agente anestésico" solicitamos amablemente a la convocante aclarar el termino identificación automática, pues claramente los equipos a realizar la medición una vez indicado en el ventilador este muestra los valores de medición del agente anestésico, y luego los despliega de forma tabular o en gráfico. La palabra automática tiende a confundir en el contexto del ítem y se puede tener interpretaciones subjetivas, dando pie a posible protesta ya que un fabricante expresa en sus catálogos de esta manera esta característica. Sugerimos que el ítem quede expresado de la siguiente manera: "Identificación de agente anestésico" | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 348 - ITEM 14 MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| En el ítem 5.23 donde dice "Flujo de muestreo: 110 l/min o menor" solicitamos amablemente permita cotizar equipo con flujo de muestreo mayor como por ejemplo 250 l/min, considerando que esto es una característica propia de cada fabricante y se estaría limitando la participación de potenciales oferentes. A mayor flujo de muestro se obtiene mejores mediciones. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 349 - Item 14 Maquina de Anestesia de alta gama

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA Debido a que se trata de una Maquina de Anestesia de alta gama se consulta si se puede cotizar vaporizadores a inyección electrónica microprocesados que son de tecnología muy superior con mayor precisión que los vaporizadores calibrados y termocompensados que son mecánicos y que en el futuro van a ser reemplazados por los vaporizadores con tecnología de inyección electrónica.. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 350 - ITEM 14 MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA GAMA

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos amablemente a la convocante que los ítems 5.32, 5.33 y 5.36 sean considerados como OPCIONALES por ser características exclusivas de un solo fabricante, no permitiendo la participación de potenciales oferentes | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 351 - Item 14 Maquina de Anestesia de alta gama

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA Se consulta si se puede cotizar una cajonera extra grande con tres divisorias interna con una cajonera con llave, como mínimo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 352 - Item 14 Maquina de Anestesia de alta gama

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones con parámetros específicos se solicita que donde Dice: Pausa inspiratoria de 5% o menor a 60 % o mayor de Tiempo inspiratorio Diga: Pausa inspiratoria de 5% o menor a 60 % o mayor o 0 a 1,5seg o mayor rango. del Tiempo inspiratorio | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 353 - Item 14 Maquina de Anestesia de alta gama

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones con parámetros específicos se solicita que donde Dice: Sensibilidad de disparo o trigger por flujo, rango de 0,2 a 10 LPM o mejor rango. Diga: Sensibilidad de disparo o trigger por flujo o por presión. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 354 - Item 14 Maquina de Anestesia de alta gama

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones con parámetros específicos se solicita que donde Dice: Flujo de muestreo: 110 l/min o menor Diga: Flujo de muestreo: 110 aproximadamente. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 355 - Item 14 Maquina de Anestesia de alta gama

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA En las especificaciones solicitan 2 Al menos dos (02) Sensores de flujo reutilizables por cada máquina. No todos los fabricantes utilizan sensores de flujo proximales. Esto depende de la tecnología utilizada en el diseño y construcción de los sensores de flujo inspiratorio y espiratorio. Por lo tanto, solicitar que todas las máquinas de anestesia tengan un sensor de flujo proximal está equivocado y podría dirigir las especificaciones a ventiladores que necesitan necesariamente de un sensor de flujo proximal. Por esto, se solicita que donde Dice: 2 Al menos dos (02) Sensores de flujo reutilizables por cada máquina Diga: 2 Al menos dos (02) Sensores de flujo reutilizables por cada máquina, si el equipo lo necesita para ventilar. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 356 - Item 14 Maquina de Anestesia de alta gama

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA Considerando que para el ventilador se solicitó una pantalla touchscreen color y de forma a no dirigir las especificaciones con parámetros específicos que no afectan el desempeño del equipo, se solicita que donde Dice: Manipuleo y control por pantalla táctil y mando rotatorio Diga: Manipuleo y control por pantalla táctil con o sin mando rotatorio | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 357 - Item 14 Maquina de Anestesia de alta gama

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|---|-------------------|------------|
| CONSULTA Debido a que BIS (Bispectral Index) es una marca registrada y para evitar dirigir las especificaciones a un solo fabricante, se solicita que donde Dice: Medición de Nivel de sedación y profundidad anestésica (BIS), curva, valor numérico y estado del sensor o calidad de la señal. Diga: Medición de Nivel de sedación y profundidad anestésica, curva, valor numérico y estado del sensor o calidad de la señal. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 358 - Item 14 Maquina de Anestesia de alta gama

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA Favor aclarar si la medición Nivel de sedación y profundidad anestésica debe incluir la distribución gráfica del espectro de frecuencias del EEG. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|--|--------------------|------------|
| AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | | |

Consulta 359 - Item 17 Monitor Multiparamétrico

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones con parámetros específicos se solicita que donde Dice: Modos para la toma de presión: manual y automática, programable a diferentes intervalos de tiempo de: 1,2,3,4,5 - 10,15,30,60,90, 120,180, 240 y 480 minutos Diga: Modos para la toma de presión: manual y automática, programable a diferentes intervalos de tiempo de:1, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 120, 240, 480 minutos o mejor rango. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |

Consulta 360 - Item 10 Electrobisturí de altas Prestaciones

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-08-2022 |
|--|-------------------|------------|
| CONSULTA De forma a no dirigir las especificaciones con parámetros específicos que favorecen a un solo fabricante y que no modifican el desempeño del equipo como electrobisturí, se solicita que donde Dice: Programas: 250 o superior, con posibilidad de borrar o guardar programas, según las exigencias de los usuarios Dice: Programas: 100 o superior, con posibilidad de borrar o guardar programas, según las exigencias de los usuarios o mejor. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 18-08-2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------|
| REMITIRSE A LA ADENDA EN EL SICP. | | |