

## Consultas Realizadas

# Licitación 417030 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DEL AISP Y AIG

### Consulta 1 - Autorización del fabricante y experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
<p>Nos comunicamos con usted en referencia al llamado a licitación 417.030</p> <p>Solicitamos respetuosamente a la convocante solicitar autorización del fabricante en su solicitud de experiencia técnica.</p> <p>Esto es a efectos de que la institución se asegure de que la empresa contratada tenga autorización de fabrica a brindar servicios y repuestos originales , así como asistencia certificada según requisitos internacionales.</p> <p>Creemos firmemente que es la única forma de Proteger el Patrimonio Nacional y la buena utilización de los equipos de nuestras marcas representadas.</p> <p>Ademas solicitamos la modificación del requerimiento de experiencia para que se agregue experiencia de Rayos x al 2022.</p> <p>Demostrar la experiencia en Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos Rayos X con contratos, facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto máximo ofertado, en la presente licitación, de los 5 últimos ejercicios fiscales años: 2018,2019, 2020, 2021 y 2022. El porcentaje mencionado corresponde a la sumatoria de los años mencionados.</p> <p>Atentamente</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
<p>Favor remitirse a la Adenda 02</p>		

### Consulta 2 - Cambio de Sistema por Lote

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2022
<p>Estimados Señores solicitamos cambiar el sistema de Lote a por items, debido a que hay lotes de diferentes marcas que compiten entre ellas,</p> <p>Los Lotes de la misma marca debería ser</p> <p>LOTE 1 RAPIDSCAN</p> <p>LOTE 2 MORPHOS - SMITHS DETECTION</p> <p>Esto es debido a que Morphos es una empresa de Smiths Detection y son los unicos autorizados a brindar servicios , capacitaciones, ofrecer repuestos y brindar garantia.</p> <p><a href="https://www.morphodetection.com/press/author/morpho-detection-llc">https://www.morphodetection.com/press/author/morpho-detection-llc</a></p> <p><a href="https://www.smithsdetection.com/press-releases/smiths-group-announces-completion-acquisition-morpho-detection/">https://www.smithsdetection.com/press-releases/smiths-group-announces-completion-acquisition-morpho-detection/</a></p> <p>Saludos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
<p>Favor remitirse a la Adenda 02</p>		

### Consulta 3 - experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2022
Demostrar la experiencia en Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos Rayos X de seguridad de las marcas y modelos objeto del presente llamado con contratos, facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto máximo ofertado, en la presente licitación, de los 5 últimos ejercicios fiscales años: 2017,2018,2019, 2020 y 2021. El porcentaje mencionado corresponde a la sumatoria de los años mencionados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Favor remitirse a la Adenda 02		

### Consulta 4 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2022
En concordancia a las prácticas laborales y según dictamina el código laboral solicitamos que a la convocante solicitar que los técnicos deberán ser del staff permanente del Oferente, deberán poseer todas las coberturas legales como SEGURO del IPS, Seguro de Vida vigente, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 5424/15. Presentar copia de la póliza y cobertura de los técnicos declarados. Las mismas deben estar vigentes, al momento de la apertura. Presentar copia autenticada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Remitirse al PBC		

### Consulta 5 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2022
El presente llamado corresponde a servicios de mantenimientos que deberán ser efectuados por personal capacitado, solicitamos a la convocante incluir que El oferente deberá contar con por lo menos 4 (cuatro) técnicos, quienes deberán poseer TOE habilitados y sus habilitaciones deben estar vigentes, al momento de la apertura. Por lo menos 1(uno) de los técnicos deberán tener certificados emitidos por el fabricante que demuestren que están capacitados para la instalación, operación y mantenimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Favor remitirse a la Adenda 02		

### Consulta 6 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2022
Atendiendo a que el presente llamado corresponde a la manipulación de equipos emisores de fuentes ionizantes y a las buenas prácticas solicitar a los oferentes incluir la presentación Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos de Categoría 4 y 5, expedido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear, en base al dictamen que debe ser emitido por la Dirección General de Licenciamiento y Control de dicha Entidad, fundamentado en la Ley 5169/14 y la Resolución -D-ARRN Nro. 26/16 que aprueba el Reglamento Básico de Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación Ionizante, y, las demás disposiciones legales. Las mismas deben estar vigentes al momento de la apertura. Presentar copia autenticada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Favor remitirse a la Adenda 02		

## Consulta 7 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2022
Con el objeto de prevalecer las buenas prácticas y en concordancia con las disposiciones legales solicitamos incluir la presentación de Autorización de Importación/Exportación de Fuentes Ionizantes, expedido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear expedido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear, en base al dictamen que debe ser emitido por la Dirección General de Licenciamiento y Control de dicha Entidad, fundamentado en la Ley 5169/14 y la Resolución -D-ARRN Nro. 006/16 que aprueba el Reglamento Básico de Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación Ionizante, y las demás disposiciones legales, vigente al momento de la Apertura. Presentar copia autenticada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Favor remitirse al PBC		

## Consulta 8 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2022
Atendiendo a que el llamado corresponde a equipos de seguridad y de alto valor estratégico para los aeropuertos, solicitamos que los oferentes presenten Habilitación como empresa de Seguridad Electrónica por la Policía Nacional, en cumplimiento con la Ley 5424/15, vigente al momento de la apertura. Presentar copia autenticada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Favor remitirse al PBC		

## Consulta 9 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2022
Solicitamos a la convocante considerar experiencia en servicios de mantenimientos preventivo y correctivo de equipos Rayos X en una de las marcas de los equipos instalados, atendiendo que la fábrica ha sido adsorbida y ha dejado de producir dicha marca y modelo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Favor remitirse a la Adenda 02		

## Consulta 10 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2022
Solicitamos a la convocante considerar separar por lotes cada marca y modelo de los equipos de rayos x objetos de esta licitación, atendiendo a la diversidad de fabricantes con que cuenta la entidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Favor remitirse a la Adenda 02		

## Consulta 11 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2022
Solicitamos a la convocante modificar: Demostrar la experiencia en Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos Rayos X de seguridad de las marcas y modelos objeto del presente llamado con contratos, facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto máximo ofertado, en la presente licitación, de los 7 últimos ejercicios fiscales años: 2015, 2016, 2017,2018,2019, 2020 y 2021. El porcentaje mencionado corresponde a la sumatoria de los años mencionados. A modo de dar oportunidad a otros potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Favor remitirse a la Adenda 02		

## Consulta 12 - Tipo de Adjudicación por Lote

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2022
Solicitamos a la convocante considerar separar por lotes cada marca y modelo de los equipos de rayos x objetos de esta licitación Lote 1 Smith, Lote 2 Rapiscan, Lote 3 Morpho. Lote 4 Astrophysics , con la premisa de dar oportunidad y participación a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Favor remitirse a la Adenda 02		

## Consulta 13 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2022
Entendemos que la empresa adjudicada deberá importar los repuestos a ser reemplazados por o que solicitamos incluir según lo dictamina la Ley, Autorización de Importación/Exportación de Fuentes Ionizantes, expedido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear expedido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear, en base al dictamen que debe ser emitido por la Dirección General de Licenciamiento y Control de dicha Entidad, fundamentado en la Ley 5169/14 y la Resolución -D-ARRN Nro. 006/16 que aprueba el Reglamento Básico de Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación Ionizante, y las demás disposiciones legales, vigente al momento de la Apertura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Favor remitirse a la Adenda 02		

## Consulta 14 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2022
Entendemos que la empresa adjudicada deberá contar con personal con experiencia y capacitado en equipos de inspección por rayos x, solicitamos a la convocante incluir Autorización de Servicio de Reparación y Mantenimiento a Equipos de Categoría 4 y 5, expedido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear, en base al dictamen que debe ser emitido por la Dirección General de Licenciamiento y Control de dicha Entidad, fundamentado en la Ley 5169/14 y la Resolución -D-ARRN Nro. 26/16 que aprueba el Reglamento Básico de Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación Ionizante, y, las demás disposiciones legales. Las mismas deben estar vigentes al momento de la apertura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
Favor remitirse a la Adenda 02		

## Consulta 15 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2022
----------	-------------------	------------

Entendemos que los servicios de mantenimientos que deberán ser efectuados por personal capacitado, solicitamos a la convocante incluir que El oferente deberá contar con por lo menos 2 con habilitación TOE vigente y deberá ser del Staff de funcionarios, contar con seguro social IPS. Solicitamos considerar esta inclusión.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda 02

## Consulta 16 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2022
----------	-------------------	------------

La licitación corresponde a servicios de mantenimientos preventivos y correctivos de equipos de inspección por rayos x de seguridad y atendiendo a continuidad del funcionamiento de los mismos, solicitamos a la convocante considerar que el oferente deberá contar con al menos con 1(un) técnico certificados emitidos por los fabricantes de los equipos de rayos X a modo de demostrar su experiencia y capacitación para la instalación, operación y mantenimiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-09-2022
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda 02