

Consultas Realizadas

Licitación 417282 - LPN SBE 106-22 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2023

Consulta 1 - Consulta 1 EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 5
Procesador de imágenes endoscópicas Full HD

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde dice: 5.8 - El procesador debe permitir, además, mostrar en el monitor, al mismo tiempo, tanto la imagen estándar, como la imagen con alguno de los filtros ópticos y/o digitales aplicados. Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Karl Storz), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Además, esta característica no garantiza un mejor diagnóstico durante el procedimiento Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 5.8 - El procesador debe permitir mostrar en el monitor la imagen estándar, como la imagen de los filtros ópticos y/o digitales aplicados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 2 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal - 5 Procesador de
imágenes endoscópicas Full HD

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde dice: 6 - El procesador debe poder ser capaz, de procesar imágenes con filtro ICG, para procedimientos guiados por Fluorescencia con Indocianina Verde o auto fluorescencia Azul, para diagnósticos por auto fluorescencia, entre otro. Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Karl Storz), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Para procedimientos de broncoscopia no es necesario contar con dicha característica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 3 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 6.1 Cabezal de cámara HD Donde dice:

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
6.1 Cabezal de cámara HD Solicitamos a la convocante la exclusión del sub ítem 6.1 CABEZAL DE CAMARA HD hasta el sub ítem 6.8 considerando a que el mismo corresponde a un componente para procedimiento quirúrgicos y el objeto del llamado es la adquisición de equipos para diagnostico/terapéutico. Así también, se debe considerar que los accesorios para cirugía son adquiridos en licitaciones independientes, debido a que los mismos pueden ser utilizadas en diferentes marcas de torres de cirugía, y de esta manera se obtienen ofertas más ventajosas para la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 4 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 7.2 Fuente de luz Fría Xenón o LED

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde dice: 7.4 Regulación de intensidad de la luz: selección manual sin escala Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Karl Storz), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Además, esta característica no garantiza un mejor diagnóstico durante el procedimiento Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 7.4 Regulación de intensidad de la luz: automática o de selección manual.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 5 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 7.2 Fuente de luz Fría Xenón o LED

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde dice: 7.5 Para el diagnostico fotodinámico (AF) en la zona bronquial o para la exploración. Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Karl Storz), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 7.5 Para el diagnostico por cromoendoscopia según tecnología del fabricante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 6 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 7.2 Fuente de luz Fría Xenón o LED

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde dice: 7.8 - Posibilidad de ajustar el nivel de luz, mediante los botones del cabezal de cámara Solicitamos a la convocante reemplazar la redacción de la EETT del sub ítem 7.8 POSIBILIDAD DE AJUSTAR EL NIVEL DE LUZ, MEDIANTE LOS BOTONES DEL CABEZAL DE CÁMARA, debido a que el mismo corresponde a un componente para procedimiento quirúrgicos y el objeto del llamado es la adquisición de equipos para diagnóstico/terapéutico. Así también, se debe considerar que los accesorios para cirugía son adquiridos en licitaciones independientes, debido a que los mismos pueden ser utilizadas en diferentes marcas de torres de cirugía, y de esta manera se obtienen ofertas más ventajosas para la institución. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 7.8 - Posibilidad de ajustar el nivel de luz, mediante los botones del endoscopio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 7 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 8.1 Carro de transporte

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde dice: 8.4 - Cuatro ruedas antideslizantes de 10 cm de diámetro, dos ruedas con bloqueador. Solicitamos a la convocante el incremento de rango de medida de las cuatro ruedas antideslizantes, de esta manera permitirá la participación de varias marcas. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 8.4 Cuatro ruedas antideslizantes de 10 +/- 3cm de diámetro, dos o más ruedas con bloqueador.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 8 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 8.1 Carro de transporte

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde dice: 8.5 - Panel de enchufes con tomas Schuko y tipo americano, cantidad necesaria para todos los equipos, con cable de conexión de aproximadamente 5 metros. Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Karl Storz), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Además, esta característica no garantiza un mejor diagnóstico durante el procedimiento Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 8.5 Panel de enchufes con cantidad necesaria para todos los equipos, con cable de conexión de aproximadamente 5 metros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 9 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 8.1 Carro de transporte

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
----------	-------------------	------------

Donde dice:

8.6 - Pintura anticorrosiva, gavetas con cierre para instrumentales y paneles divisores necesarios para todos los equipos Solicitamos a la convocante reemplazar la redacción de la EETT del sub ítem 8.6 PINTURA ANTICORROSIVA, GAVETAS CON CIERRE PARA INSTRUMENTALES Y PANELES DIVISORES NECESARIOS PARA TODOS LOS EQUIPOS, debido a que el mismo corresponde a un componente para procedimiento quirúrgicos y el objeto del llamado es la adquisición de equipos para diagnostico/terapéutico. Así también, se debe considerar que los accesorios para cirugía son adquiridos en licitaciones independientes, debido a que los mismos pueden ser utilizadas en diferentes marcas de torres de cirugía, y de esta manera se obtienen ofertas más ventajosas para la institución.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción:

8.6 - Pintura anticorrosiva, con paneles divisores necesarios para todos los equipos

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.

Consulta 10 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 9.8 Broncoscopio Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
----------	-------------------	------------

Donde dice:

9.8 - Broncoscopio Adulto.

Solicitamos a la convocante reemplazar la redacción de la EETT del sub ítem 9.8 BRONCOSCOPIO ADULTO, debido a que el objeto del llamado es la adquisición de una Torre de video Nasal, por lo que el equipo mencionada en el sub ítem 9.8 debe ser un equipo de video.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción:

9.8 Videobroncoscopio Adulto

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.

Consulta 11 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 9.8 Broncoscopio Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
----------	-------------------	------------

Donde dice:

10 - Con cambiador de filtro integrado AF/LB

Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Karl Storz), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción:

10 Con cromoendoscopia según tecnología de la marca.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.

Consulta 12 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 9.8 Broncoscopio Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde dice: 10.3 Angulación hacia arriba de 180° (+-10°) Solicitamos a la convocante el incremento de rango de medida de angulación hacia arriba, de esta manera permitirá la participación de varias marcas. Además, esto permitirá una mejor visualización y una inserción más suave. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 10.3 Angulación hacia arriba de 180° +/- 30°		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 13 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 9.8 Broncoscopio Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde dice: 10.4 - Angulación hacia abajo de 100° (+-10°) Solicitamos a la convocante el incremento de rango de medida de angulación hacia abajo, de esta manera permitirá la participación de varias marcas. Además, esto permitirá una mejor visualización y una inserción más suave. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 10.3 Angulación hacia abajo de 100° +/- 30°		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 14 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 9.8 Broncoscopio Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde dice: 10.5 - Tubo de inserción con diámetro exterior de 5.5 mm (+/-2mm) Solicitamos a la convocante el incremento de rango de medida del diámetro exterior del tubo de inserción, de esta manera permitirá la participación de varias marcas. Además, esto permitirá una inserción más suave. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 10.5 - Tubo de inserción con diámetro exterior de 5.5 mm (+/-5mm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 15 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 9.8 Broncoscopio Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde dice: 10.6 - Diámetro interior del canal del trabajo: 2.5 a 3.0mm Solicitamos a la convocante el incremento de medida del diámetro interior del canal de trabajo, de esta manera permitirá la participación de varias marcas. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 10.6 - Diámetro interior del canal del trabajo: 2.0 a 3.0mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 16 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 9.8 Broncoscopio Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde dice: 11.4 - 10Pinzas para biopsia descartable, flexible, longitud 120 cm o más. Solicitamos a la convocante el incremento de medida de la longitud de la pinza para biopsia, de esta manera permitirá la participación de varias marcas. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 11.4 - 10Pinzas para biopsia descartable, flexible, longitud 115cm o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 17 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 9.8 Broncoscopio Adulto

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde dice: 11.5 - 10Pinzas de agarre, descartable, flexibles, longitud 120 cm o más Solicitamos a la convocante el incremento de medida de la longitud de la pinza de agarre, como así también el nombre del producto, de esta manera permitirá la participación de varias marcas. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 11.5 - 10Pinzas de agarre o mordaza tipo cocodrilo, descartable, flexibles, longitud 115cm o más		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 18 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 11.9 Broncoscopio Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde dice: 11.9 - Broncoscopio Pediátrico. Solicitamos a la convocante reemplazar la redacción de la EETT del sub ítem 11.9 BRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO, debido a que el objeto del llamado es la adquisición de una Torre de video Nasal, por lo que el equipo mencionada en el sub ítem 11.9 debe ser un equipo de video. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 11.9 Videobroncoscopio Pediátrico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 19 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 11.9 Broncoscopio Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde dice: 12.1 - Con cambiador de filtro integrado AF/LB Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que la misma corresponde a una marca específica (Karl Storz), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 12.1 Con cromoendoscopia según tecnología de la marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 20 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 11.9 Broncoscopio Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde dice: 12.4 - Angulación hacia arriba de 180° (+-10°) Solicitamos a la convocante el incremento de rango de medida de angulación hacia arriba, de esta manera permitirá la participación de varias marcas. Además, esto permitirá una mejor visualización y una inserción más suave. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 12.4 Angulación hacia arriba de 180° +/- 30°		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 21 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 11.9 Broncoscopio Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde dice: 12.5 - Angulación hacia abajo de 100º (+-10º) Solicitamos a la convocante el incremento de rango de medida de angulación hacia abajo, de esta manera permitirá la participación de varias marcas. Además, esto permitirá una mejor visualización y una inserción más suave. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 10.3 Angulación hacia abajo de 100º +/- 30º		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 22 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 11.9 Broncoscopio Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde dice: 13.5 - 10Pinzas para biopsia descartable, flexible, longitud 120 cm o más. Solicitamos a la convocante el incremento de medida de la longitud de la pinza para biopsia, de esta manera permitirá la participación de varias marcas. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 13.5 - 10Pinzas para biopsia descartable, flexible, longitud 115cm o más		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 23 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 11.9 Broncoscopio Pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde dice: 13.6 - 10Pinzas de agarre, descartable, flexibles, longitud 120 cm o más Solicitamos a la convocante el incremento de medida de la longitud de la pinza de agarre, como así también el nombre del producto, de esta manera permitirá la participación de varias marcas. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 13.6 - 10Pinzas de agarre o mordaza tipo cocodrilo, descartable, flexibles, longitud 115cm o más		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 24 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 14 Accesorios por la totalidad de los fibroscopios

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde dice: 14 Accesorios por la totalidad de los fibroscopios Solicitamos a la convocante la exclusión del sub ítem 14 ACCESORIOS POR LA TOTALIDAD DE LOS FIBROSCOPIOS hasta el sub ítem 18.7 considerando a que el mismo corresponde a un componente para procedimiento quirúrgicos y el objeto del llamado es la adquisición de equipos para diagnostico/terapéutico. Así también, se debe considerar que los accesorios para cirugía son adquiridos en licitaciones independientes, debido a que los mismos pueden ser utilizadas en diferentes marcas de torres de cirugía, y de esta manera se obtienen ofertas más ventajosas para la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 25 - Plazo para entrega

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Solicitamos ampliar el plazo de entrega entre 90 a 120 días, considerando la complejidad de varios de los equipos solicitados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 26 - Ítem 4 Torre de endoscopia nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
1.1 Descripción: equipo diseñado mantener medicamentos a temperatura controlada. ¿Podría corregir la descripción ya que no corresponde al equipo solicitado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 27 - Ítem 4 Torre de endoscopia nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
3.1 Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. En algunos casos estos certificados no indican el modelo, si no el tipo de equipo. ¿Se podría considerar que indique el modelo o tipo de equipo ofertado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 28 - Ítem 4 Torre de endoscopia nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
----------	-------------------	------------

6 El procesador debe poder ser capaz, de procesar imágenes con filtro ICG, para procedimientos guiados por Fluorescencia con Indocianina Verde o autofluorescencia Azul, para diagnósticos por auto fluorescencia, entre otros.
¿Podría ser considerado como OPCIONAL esta característica del equipo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.

Consulta 29 - Ítem 4 Torre de endoscopia nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
----------	-------------------	------------

6.3 Capacidad de diagnóstico de perfusión de órganos y verde/azul indocianina
¿Podría ser considerada como OPCIONAL esta característica del equipo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.

Consulta 30 - Ítem 4 Torre de endoscopia nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
----------	-------------------	------------

6.6 Posibilidad de conmutación de la luz blanca u azul, desde el cabezal de cámara.
¿Podría ser considerada como OPCIONAL esta característica del equipo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.

Consulta 31 - Ítem 4 Torre de endoscopia nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
----------	-------------------	------------

7.5 Para el diagnóstico fotodinámico (AF) en la zona bronquial o para la exploración
¿Podría ser considerada como OPCIONAL esta característica del equipo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.

Consulta 32 - Ítem 4 Torre de endoscopia nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
----------	-------------------	------------

9.2 Formato de imagen: BMP, JPG, JPNG
¿Se podría cotizar con al menos uno de los formatos solicitados?

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.

Consulta 33 - Ítem 4 Torre de endoscopia nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
9.3 Formato de video: MPEG-4, MPEG-2, MOV ¿Se podría cotizar con al menos uno de los formatos solicitados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 34 - Ítem 4 Torre de endoscopia nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
9.4 Memoria interna: 2TB ¿Se podría cotizar con al menos 1TB?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 35 - Ítem 4 Torre de endoscopia nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Interface: DICOM, HL7 ¿Se podría cotizar con al menos uno de los interface solicitados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 36 - Ítem 4 Torre de endoscopia nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
9.7 Resolución: máx. 3800 x 2100 o mejor ¿Se podría cotizar con resolución de 1920 x 1080 o mejor?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 37 - Ítem 4 Torre de endoscopia nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
10 Con cambiador de filtro integrado AF/LB ¿Podría ser considerada como OPCIONAL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 38 - Ítem 4 Torre de endoscopia nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
12.1 Con cambiador de filtro integrado AF/LB ¿Podría ser considerada como OPCIONAL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 39 - Ítem 4 Torre de endoscopia nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
16 Tubo de aspiración, con punta de goma, recto, 4 mm Ø, longitud útil 50 cm (+/-2cm). Cantidad: 01 ¿Se podría cotizar con o sin punta de goma y +/-5cm de longitud?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 40 - Ítem 4 Torre de endoscopia nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Tubo de aspiración, con punta de goma, curvado, 4 mm Ø, longitud útil 50 cm (+/-2cm). Cantidad: 01 ¿Se podría cotizar con o sin punta de goma y +/-5cm de longitud?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 41 - Ítem 4 Torre de endoscopia nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
18 Tubo de aspiración, con punta de goma, recto, 2 mm Ø, longitud útil 35 cm (+/-2cm), para broncoscopio pediátrico. Cantidad: 01 ¿se podría cotizar con o sin punta de goma y +/-5cm de longitud?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 42 - Ítem 4 Torre de endoscopia nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Tubo de aspiración, con punta de goma, curvado, 2 mm Ø, longitud útil 35 cm (+/-2cm), para broncoscopio pediátrico. Cantidad: 01 ¿Se podría cotizar con o sin punta de goma y +/-5cm de longitud?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 43 - Ítem 5 Set de videobroncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
3.1 Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado. En algunos casos estos certificados no indican el modelo, si no el tipo de equipo. ¿Se podría considerar que indique el modelo o tipo de equipo ofertado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 44 - Ítem 5 Set de videobroncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
4.9 Profundidad de campo: entre 2 a 10mm ¿Es correcta la descripción?, creemos que debe ser entre 2 a 100mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 45 - Ítem 5 Set de videobroncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
4.3 Acodamiento arriba abajo: 210º/140º (+/-20º) ¿Se podría cotizar 140º/140º o mejor?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 46 - Ítem 5 Set de videobroncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
4.33 Profundidad de campo: entre 2 a 10mm ¿Es correcta la descripción?, creemos que debe ser entre 2 a 100mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 47 - Ítem 5 Set de videobroncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
5.5 Pantalla táctil FULL HD de 15", 1920x1080p o mayor, integrado ¿Se podría cotizar con pantalla táctil Full HD de 8" o más, 1920x1200p o mayor?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 48 - Ítem 5 Set de videobroncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
5.6 Salida de vídeo DVI-D, para conectar a monitores externos ¿Se podría cotizar con salida de vídeo DVI-D o HDMI?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 49 - Ítem 5 Set de videobroncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
4.51 Salida de vídeo DVI-D, para conectar a monitores externos ¿Se podría cotizar con salida de vídeo DVI-D o HDMI?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 50 - Ítem 5 Set de videobroncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
4.52 Filtros digitales u ópticos que permitan una mejor visualización de la imagen ¿Podría ser considerada como OPCIONAL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 51 - Ítem 5 Set de videobroncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
4.53 Conexiones USB: para discos duros externos, memorias USB e impresoras, al menos 3 ¿Se podría cotizar con al menos una conexión USB?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 52 - Ítem 5 Set de videobroncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
4.56 Posibilidad de introducción de datos de pacientes e impresión directa de informes de pacientes ¿Podría ser considerada como OPCIONAL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 53 - Ítem 5 Set de videobroncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
4.6 Debe contar con filtros para uso con videobroncoscopios solicitados ¿Podría ser considerada como OPCIONAL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 54 - Ítem 5 Set de videobroncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
4.71 Posibilidad de conexión a la red local del hospital ¿Podría ser considerada como OPCIONAL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 55 - Ítem 5 Set de videobroncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
4.73 Teclado USB de silicona ¿Podría ser considerada como OPCIONAL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 56 - Ítem 5 Set de videobroncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
4.8 Cajón con llave, para resguardo de accesorios ¿Podría ser considerada como OPCIONAL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 57 - Precios ferenciales ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Solicitamos verificar el precio de referencia fijado para el ítem 5 considerando que se solicitan 2 videobroncoscopios y el sistema de visualización		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en los Datos Cargados en el SICP.		

Consulta 58 - EETT Ítem 5 Set de video broncoscopio 5 Set de video broncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
----------	-------------------	------------

Donde dice:

5 Set de video broncoscopio

Solicitamos a la convocante reemplazar la redacción de las EETT del ítem 5 SET DE VIDEO BRONCOSCOPIO, debido a que las mismas corresponden a una marca en específica (Karl Storz), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia.

Se sugiere reemplazar con las siguientes redacciones:

Ítem 5 Set de video broncoscopio o fibrobroncoscopio flexible

Y de los siguientes sub ítems

4 Videobroncofibroscopio adulto a VIDEOBRONCOFIBROSCOPIO O FIBROBRONCOSCOPIO ADULTO

4.1 - Videobroncoscopio flexible, con las siguientes características: a VIDEOBRONCOSCOPIO O FIBROBRONCOSCOPIO FLEXIBLE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

4.3 - Videoendoscopio con fuente de luz LED integrado a VIDEOENDOSCOPIO O FIBROENDOSCOPIO CON FUENTE DE LUZ LED O FUENTE DE LUZ HALÓGENA

4.4 - Ø exterior del extremo distal entre 6.0 a 6.5mm a Ø EXTERIOR DEL EXTREMO DISTAL ENTRE 5.9 A 6.5MM

4.8 - Ángulo de apertura: 100º (+/-10º) a ÁNGULO DE ABERTURA: 100º (+/- 20º)

4.9 - Profundidad de campo: entre 2 a 10mm a PROFUNDIDAD DE CAMPO: ENTRE 3 A 50MM

4.17 - 10Pinzas de agarre, de un solo uso, estéril, longitud útil no menor a 100cm a 10 PINZAS DE AGARRE O DE BIOPSIA CON MORDAZA TIPO COCODRILO, DE UN SOLO USO, ESTÉRIL, LONGITUD UTIL NO MENOR A 100CM

4.2 - 20 válvulas de labios, no estéril, para un solo uso a 20 VÁLVULAS DE LABIOS O DE BIOPSIA, NO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

4.21 - 10 extractores, nitinol, sin punta, longitud útil de 100cm o mayor a OPCIONAL

4.24 - Videobroncofibroscopio pediátrico a VIDEOBRONCOFIBROSCOPIO O FIBROBRONCOSCOPIO PEDIATRICO

4.25 - Videobroncoscopio flexible, con las siguientes características: a VIDEOBRONCOSCOPIO O FIBROBRONCOSCOPIO FLEXIBLE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

4.27 - Videoendoscopio con fuente de luz LED integrado a VIDEOENDOSCOPIO O FIBROENDOSCOPIO CON FUENTE DE LUZ LED O FUENTE DE LUZ HALÓGENA

4.28 - Ø exterior del extremo distal entre 5.5 a 6.0mm a Ø EXTERIOR DEL EXTREMO DISTAL ENTRE 4.9 A 6.0MM

4.3 - Acodamiento arriba abajo: 210º/140º (+/-20º) a ACODAMIENTO ARRIBA ABAJO: 210º/140º (+/-30º)

4.32 - Ángulo de apertura: 100º (+/-10º) a ÁNGULO DE ABERTURA: 100º (+/- 20º)

4.33 - Profundidad de campo: entre 2 a 10mm a PROFUNDIDAD DE CAMPO: ENTRE 3 A 50MM

4.41 - 10Pinzas de agarre, de un solo uso, estéril, longitud útil no menor a 100cm a 10 PINZAS DE AGARRE O DE BIOPSIA CON MORDAZA TIPO COCODRILO, DE UN SOLO USO, ESTÉRIL, LONGITUD UTIL NO MENOR A 100CM

4.44 - 20 válvulas de labios, no estéril, para un solo uso a 20 VÁLVULAS DE LABIOS O DE BIOPSIA, NO ESTÉRIL, PARA UN SOLO USO

4.45 - 10 extractores, nitinol, sin punta, longitud útil de 100cm o mayor a OPCIONAL

Solicitamos a la convocante la exclusión del sub ítem 4.48 SISTEMA DE VIDEO COMPACTO, PORTÁTIL, DE USO FLEXIBLE hasta el sub ítem 4.8 considerando a que los mismos corresponden a EETT de una marca en específica (Karl Storz), atendiendo que las características mencionadas en esos sub ítems corresponden a un videobroncoscopio portátil con pantalla incorporada y solo la marca Karl Storz cuenta con dicho producto. Así también, imposibilita ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Además, esta característica no garantiza un mejor diagnóstico durante el procedimiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.

Consulta 59 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde Dice:		
g) Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. En caso de ser producto nacional, deberá contar con una declaración jurada.		
Se solicita excluir la legalización en el consulado del país de origen, considerando que por los plazos para el trámite, es imposible obtener el documento antes de la fecha de la etapa competitiva, favoreciendo a empresas que fueron previamente avisadas.		
Al contar con la autorización del fabricante legalizada, apostillada e inscrita en el registro público, ya se demuestra la relación con el proveedor y la veracidad de los documentos.		
El requisito es innecesario, limitante y perjudicará la posibilidad de obtener las mejores condiciones de contratación para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 60 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Donde Dice:		
10) Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. En caso de ser producto nacional, deberá contar con una declaración jurada.		
Se solicita excluir la legalización en el consulado del país de origen, considerando que por los plazos para el trámite, es imposible obtener el documento antes de la fecha de la etapa competitiva, favoreciendo a empresas que fueron previamente avisadas.		
Al contar con la autorización del fabricante legalizada, apostillada e inscrita en el registro público, ya se demuestra la relación con el proveedor y la veracidad de los documentos.		
El requisito es innecesario, limitante y perjudicará la posibilidad de obtener las mejores condiciones de contratación para la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 61 - Criterios de Evaluación - Capacidad técnica:

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
<p>g) Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. En caso de ser producto nacional, deberá contar con una declaración jurada.</p> <p>Se solicita la exclusión del requisito de legalización en el consulado para la presentación de la oferta, al ser de cumplimiento imposible debido a los plazos de la licitación y el tiempo que lleva obtener el documento, limitando la libre concurrencia y permitiendo participar únicamente a oferentes que ya contaban con el documento, limitando la libre concurrencia y privando a la convocante obtener las mejores condiciones de contratación.</p> <p>Se recuerda que el artículo Artículo 20.- Bases o Pliegos de Requisitos de la Licitación Pública, de la ley 2051/03, establece que para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas.</p> <p>En atención a lo expuesto se sugiere la siguiente redacción:</p> <p>Certificación emitida por el fabricante, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. En caso de ser producto nacional, deberá contar con una declaración jurada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 62 - Criterios de Evaluación - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica:

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
<p>DONDE DICE:</p> <p>10) Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. En caso de ser producto nacional, deberá contar con una declaración jurada.</p> <p>Se solicita la exclusión del requisito de legalización en el consulado para la presentación de la oferta, al ser de cumplimiento imposible debido a los plazos de la licitación y el tiempo que lleva obtener el documento, limitando la libre concurrencia y permitiendo participar únicamente a oferentes que ya contaban con el documento, limitando la libre concurrencia y privando a la convocante obtener las mejores condiciones de contratación.</p> <p>Se recuerda que el artículo Artículo 20.- Bases o Pliegos de Requisitos de la Licitación Pública, de la ley 2051/03, establece que para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas.</p> <p>En atención a lo expuesto se sugiere la siguiente redacción:</p> <p>Certificación emitida por el fabricante, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. En caso de ser producto nacional, deberá contar con una declaración jurada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 63 - Item 4 Torre de Endoscopia Nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

Las especificaciones que detallan a continuación para este ITEM tienen que ver con una Torre de Videobroncopia y no Nasal . Favor aclarar que tipo de Equipo solicitan ya que el titulo no coincide con las Especificaciones detalladas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
------------------	---------------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.

Consulta 64 - Item 4 Torre de Endoscopia Nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se detalla en la descripción del Item 4 : Punto 4 1.1 Descripción: Equipo diseñado mantener medicamentos a temperatura controlada.. Consulta: Solicitamos a la convocante que aclare a que se refiere este punto ya que no concuerda con lo solicitado ni con el nombre del Item Solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
------------------	---------------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.

Consulta 65 - Item 4 Torre de Endoscopia Nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

4.5. PROCESADOR DE IMÁGENES ENDOSCÓPICAS FULL HD. Solicitamos que las EETT que se detallan en este Item sean las adecuadas para la conexión de un videobroncoscopio. Ya que al parecer las detalladas en el PBC corresponden a un procesador de imágenes de ópticas rígidas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
------------------	---------------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.

Consulta 66 - Item 4 Torre de Endoscopia Nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

Solicitan 4 6.1 CABEZAL DE CÁMARA HD
Solicitamos que sea opcional o se retire del as EETT ya que esto corresponde a ópticas rígidas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
------------------	---------------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.

Consulta 67 - Item 4 Torre de Endoscopia Nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

CABLES DE LUZ DE CONDUCCIÓN POR FLUIDO: de 3 mm a 4 mm de diámetro y longitud de 250cm a 300 cm. Cantidad: 01
Solicitamos que sea opcional o se retire del as EETT ya que esto corresponde a ópticas rígidas

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
------------------	---------------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.

Consulta 68 - Item 4 Torre de Endoscopia Nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
4 9.8 Broncofibroscopio adulto. Solicitamos a la convocante que aclare el nombre de lo que solicitan: si es un Broncofibroscopio o un Videobroncoscopio. En caso de ser un Videobroncoscopio (ya que pinde una Torre para Videobroncoscopia), solictamos que adecuen tambien sus Especificaciones a dicho equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 69 - Item 4 Torre de Endoscopia Nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
4 11.9 Broncofibroscopio pediátrico. Solicitamos a la convocante que aclare el nombre de lo que solicitan: si es un Broncofibroscopio o un Videobroncoscopio. En caso de ser un Videobroncoscopio (ya que piden una Torre para Videobroncoscopia), solictamos que adecuen tambien sus Especificaciones a dicho equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 70 - Item 4 Torre de Endoscopia Nasal

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
4 14 Accesorios por la totalidad de los fibroscopios Solicitamos a la convocante si estos accesorios corresponden al equipo solicitado ya que no son compatibles con una Torre de Videobroncoscopia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 71 - Item 5 Set de Video broncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Solicitamos a la convocante que aclare el nombre de lo solicitado ya que las EETT detalladas mas abajo corresponden a un fibrobroncoscopio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 72 - Item 5 Set de Video broncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
Videobroncofibroscopio adulto. Solicitamos que se aclare si solicitan un videobroncocopio o un fibrobroncoscopio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 73 - Item 5 Set de Video broncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
5. 4.1. Videobroncoscopio flexible, con las siguientes características. Solicitamos que se aclare si solicitan un videobroncoscopio o un fibrobroncoscopio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 74 - Item 5 Set de Video broncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
5 4.3. Videoendoscopio con fuente de luz LED integrado. Solicitamos a la convocante que amplie las EETT para mayor participación de oferentes y se cotice un		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 75 - Item 5 Set de Video broncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
5 4.3. Videoendoscopio con fuente de luz LED integrado. Solicitamos a la convocante que amplie las EETT para mayor participación de oferentes y se cotice un Fibrobroncoscopio con fuente de Luz Led integrado o con Fuente de Luz Portatil halogena.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 76 - Item 5 Set de Video broncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
5 4.24 Videobroncofibroscopio pediátrico. Solicitamos que se aclare si solicitan un videobroncoscopio o un fibrobroncoscopio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 77 - Item 5 Set de Video broncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
5 4.25 Videobroncoscopio flexible, con las siguientes características: Solicitamos que se aclare si solicitan un videobroncoscopio o un fibrobroncoscopio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 78 - Item 5 Set de Video broncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
----------	-------------------	------------

5 4.27 Videoendoscopio con fuente de luz LED integrado
 Solicitamos a la convocante que amplie las EETT para mayor participación de oferentes y se cotice un Fibrobroncoscopio con fuente de Luz Led integrado o con Fuente de Luz Portatil halogena.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.

Consulta 79 - Item 5 Set de Video broncoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante analizar y tener en cuenta si los puntos del Item 5 que van del 5.4.48 al 5.4.79. creemos que no corresponden al item ya que piden equipos portatiles.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.

Consulta 80 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2023
----------	-------------------	------------

Para el punto : 4. Las planillas de especificaciones técnicas, así como los catálogos y/o manuales en donde las mismas puedan ser comprobadas, deberán presentarse en formato impreso y formato digital (PDFs en CD).
 Exigimos a la CONVOCANTE COMO A LA DNCP que este punto sea sustancial en la APERTURA DE SOBRES. Ultimamente muchas empresas no presentan este documento, hoy no sustancial, para que las otras empresas no puedan observar o dejar constancia de algo en el acta de apertura. Toda documentación en una LICITACION debe ser PUBLICA.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 81 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
----------	-------------------	------------

En el item 1 Plestimografo en el punto 21.1 Solicitan Provision de Gas DLCO a demanda durante la garantía del equipo, solicitamos a la convocante que este punto sea opcional, ya que las empresa proveedora de dispositivos médicos no pueden suministrar dichos gases, esto es exclusivos de las compañías de gases en Paraguay

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
-----------	--------------------	------------

El Oferente deberá ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 82 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
En el ítem 1 Plestimografo en el punto 21.1 Solicitan Provision de Gas DLCO a demanda durante la garantía del equipo, solicitamos a la convocante eliminar este punto ninguna empresa proveedora de dispositivos médicos están habilitados para proveer gases dentro del mercado nacional, para ellos están las empresas que son exclusivos para tal efecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 83 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
En el ítem 1 Plestimografo en el punto 21.1 Solicitan filtros antibacterianos a ser proveídos a demanda durante la garantía del equipo, Solicitamos a la convocante poder indicar que cantidad de pacientes durante el año realizarían el estudio de DLCO para poder calcular la cantidad de filtros a necesitar para garantizar el funcionamiento del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 84 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
En el ítem 1 Plestimografo en el punto 1.1 Solicitan prueba de provocación bronquial, solicitamos a la convocante poder definir si requiere el software junto con el dosímetro automático o solo se solicita el software para provocación bronquial?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 85 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
En el ítem 1 Plestimografo en el punto 21.1 Solicitan Provision de Gas DLCO a demanda durante la garantía del equipo, La fabrica no puede proveer el gas de difusión (DLCO) debido a que es un gas medicinal que se utiliza para medir la capacidad de difusión del pulmón de un paciente. Al ser este un gas que inhala el paciente, las fabricas no puede comercializar este tipo de gases debido a normativas sanitarias actuales que exceden la capacidad de los fabricantes. La provisión del gas debe ser gestionada por el usuario y provista por una empresa proveedora de gases medicinales según las concentraciones y componentes indicados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 86 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
<p>En el ítem 3 Espirometro, en el punto 4.4 solicitan Ampliación según demanda de otras mediciones: escala de penetración aspiración (PAS); escala de disfagia funcional (FDS); características operativas del receptor (ROC); presión espiratoria máxima (MEP); presión inspiratoria máxima (MIP), favor explicar lo que se necesita: Ampliación según demanda de otras mediciones: significa que pueda ser adquirido de forma separada y actualizado el equipo en el futuro o tienen que venir las otras mediciones con el equipo listo para usarse?</p> <p>escala de penetración- aspiración (PAS); escala de disfagia funcional (FDS): corresponde a escala de fatiga y disnea? Caso contrario explicar por favor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
<p>El Oferente deberá ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 87 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
<p>Solicitamos a la convocante que el plazo de entrega de 60 días puedan considerar 120 días ya que hoy los proveedores no cuentan con stock inmediatos para la entrega en caso de ser adjudicados</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
<p>El Oferente deberá ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 88 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
<p>donde dice 10. Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. En caso de ser producto nacional, deberá contar con una declaración jurada, consideramos totalmente innecesario este pedido debido que al alto costo de realizar este tipo de legalización el país de origen pudiendo emitir el oferente una DDJJ de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
<p>El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.</p>		

Consulta 89 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 8.8 Sistema de gestión de datos y documentación

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
<p>Donde dice: 9.3 - Formato de video: MPEG-4, MPEG-2, MOV Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que no todas las marcas posibles a ofertar cumplen con dicha EETT, imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 9.3 Formato de video: MPEG-4 o MPEG-2 o MOV</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
<p>El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.</p>		

Consulta 90 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 8.8 Sistema de gestión de datos y documentación

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
Donde dice: 9.7 - Resolución: máx. 3800 x 2100 o mejor Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, considerando que en dicho ítem se solicita un procesador de imagen full HD y la resolución solicitada del sistema de gestión de datos y documentación corresponde a un grabador 4K. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 9.7 Resolución: 1920 x 1080 o superior		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 91 - EETT Ítem 4 Torre de endoscopia Nasal 8.8 Sistema de gestión de datos y documentación.

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
Donde dice: 9.6 Interface: DICOM, HL7 Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que no todas las marcas posibles a ofertar cumplen con dicha EETT, imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 9.6 Interface: DICOM o HL7		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		

Consulta 92 - Ítem 4 Torre de endoscopia nasal

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
6.2 De 3 Chip HD CCD 16:9 de 1/3", 1900 x 1080 pixel por chip o mejor, lente interna con zoom óptico para focal. ¿Se podría cotizar De 1 o 3 Chip HD CCD o C-Mos 16:9 de 1/3", 1900 x 1080 pixel por chip o mejor, lente interna con zoom óptico para focal o foco fijo?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-08-2023
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última versión.		