

Consultas Realizadas

Licitación 417319 - Adquisición de Equipos, Herramientas e Instrumentos en General

Consulta 1 - Tiempo de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2022
El tiempo de entrega solicitado de 60 días; solicitamos a la convocante poder aumentar la misma a 90 o 120 días, así poder tener una mayor cantidad de oferentes, viendo que los tiempos de producción se extendieron por la situación posterior al Covid 19 y ahora por la guerra que afecta a la logística mundial y a la disponibilidad de materia prima, etc.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-09-2022
El presupuesto del llamado corresponde al ejercicio 2022, por lo tanto si ampliamos el plazo, dicho llamado no podrá ser ejecutado en el presente ejercicio.		

Consulta 2 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2022
Solicitamos amablemente a la convocante considerar aumentar el plazo de entrega a 90 o 120 días, con el objetivo de contar una mayor cantidad de oferentes, teniendo en cuenta que los plazos de producción y de tránsito siguen con retrasos a causa de la pandemia por COVID 19 y las situaciones geopolíticas que se están desarrollando.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2022
La Convocante mantiene el plazo establecido en el PBC		

Consulta 3 - ÍTEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
Solicitamos a la convocante establecer el rango de dimensiones con una tolerancia en sus valores, a fin de propiciar una mayor posibilidad de oferentes con equipos de dimensiones similares, pero no exactas a la solicitada. Sugerimos que el PBC indique Dimensiones (aproximadas): 1040 x 420 x 1350 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2022
Regirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 4 - ÍTEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
Solicitamos a la convocante establecer como opcional que la pantalla sea táctil y a color. Ya que este no es un requerimiento sustancial para el funcionamiento óptimo del equipo de acuerdo a sus necesidades y así favorecer mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2022
Regirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 5 - ÍTEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	09-09-2022
solicitamos a la convocante aclara si donde dice 2 galgas extensométricas analógicas con carrera de 5 mm-div. 0,001 mm no debería decir con carrera de 1mm o 0,001 m		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2022
Remitase a la adenda 1.		

Consulta 6 - ÍTEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2022
Solicitamos a la convocante que donde dice "Según norma: NBR 8522", admitan "Según norma: NBR 8522" o equivalente, de este modo se puede ofertar equipos que estén certificados con normas homólogas en otros países		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-09-2022
Remitirse a la adenda.		