

Consultas Realizadas

Licitación 418222 - Adquisición de Equipos para Laboratorios del ONM - INTN - SBE

Consulta 1 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2022
Solicitamos a la convocante que, donde dice: "Demostrar la experiencia en provisión de Equipos de Laboratorios o similares con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 3 (tres) años (2019, 2020, 2021)", incluir en la experiencia requerida la facturación del año 2022, o en su defecto, admitir los periodos 2019,2020,2021 o 2020,2021,2022		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
La convocante solicita experiencia requerida en ejercicios fiscales cerrados por lo que no es posible el presente pedido.		

Consulta 2 - ÍTEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2022
Solicitamos a la convocante admitir termohigómetros con rango de medición de humedad de 10% a 99%, ya que estos son mas que suficientes para la medición de condiciones ambientales de laboratorio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 3 - ÍTEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2022
Solicitamos a la convocante reconsiderar el precio referencial de este ítem, ya que la cotización presentada en el antecedente de estimación de costos corresponde a un precio EWX ofrecido por una empresa de EEUU (que no incluye flete a Paraguay ni impuestos aduaneros, ni margen de ganancia para el distribuidor local), en tanto que se entiende que la convocante requiere la cotización de estos precios en condición de nacionalizado, proveido por un proveedor local, lo que hace que el precio estimado no refleje el precio real que se podría ofertar este equipo en nuestro país		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 4 - ÍTEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Titulo de la Consulta ÍTEM 5 Consulta Realizada Solicitamos a la convocante reconsiderar el precio referencial de este ítem, ya que la cotización presentada en el antecedente de estimación de costos corresponde a un precio EWX ofrecido por una empresa de EEUU (que no incluye flete a Paraguay ni impuestos aduaneros, ni margen de ganancia para el distribuidor local), en tanto que se entiende que la convocante requiere la cotización de estos precios en condición de nacionalizado, proveído por un proveedor local, lo que hace que el precio estimado no refleje el precio real que se podría ofertar este equipo en nuestro país		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 5 - ÍTEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Solicitamos a la convocante determinar el rango de temperatura deseado para el instrumento. Sugerimos -30°C a +70°C, que cubre la mayor parte de aplicaciones de laboratorio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 6 - ÍTEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Solicitamos a la convocante reconsiderar el precio referencial de este ítem, ya que la cotización presentada en el antecedente de estimación de costos corresponde a un precio EWX ofrecido por una empresa de EEUU (que no incluye flete a Paraguay ni impuestos aduaneros, ni margen de ganancia para el distribuidor local), en tanto que se entiende que la convocante requiere la cotización de estos precios en condición de nacionalizado, proveído por un proveedor local, lo que hace que el precio estimado no refleje el precio real que se podría ofertar este equipo en nuestro país		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 7 - ÍTEM 32

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Solicitamos a la convocante determinar un intervalo minimo o aproximado del rango de temperatura deseado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.		

Consulta 8 - ÍTEM 33

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante determinar un intervalo mínimo o aproximado del rango de temperatura deseado

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-09-2022
-----------	--------------------	------------

La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.

Consulta 9 - ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
----------	-------------------	------------

ITEM 2. BALANZA INDUSTRIAL. CAPACIDAD 70 KI.

Solicitan Legibilidad: 100 mg.

Favor considerar que para la capacidad solicitada lo estándar es legibilidad de 1 a 5 gr.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2022
-----------	--------------------	------------

Considerar legibilidad de 1 g

Consulta 10 - ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 24

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
----------	-------------------	------------

ITEM 24. TERMOHIGROMETRO

Se puede ofertar sin INDICACIONES DE CONFORT, dado que no es una característica genérica, que sea indispensable en estos equipos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2022
-----------	--------------------	------------

El termohigrometro puede ser ofertado sin indicaciones de confort

Consulta 11 - ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
----------	-------------------	------------

ITEM 2 BALANZA INDUSTRIAL.

Favor aclarar si requieren incluir en la oferta la pesa patrón.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2022
-----------	--------------------	------------

No incluir en la oferta la pesa patrón

Consulta 12 - PRECIO REFERENCIAL ITEM 28

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
----------	-------------------	------------

ITEM 28 BALANZA 40 KI. SENSIBILIDAD 0,001 KG

Precio referencial: 218.736 Gs.

Favor analizar el precio referencial levantado, el cual esta totalmente desfasado de la realidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2022
-----------	--------------------	------------

La convocante realizara la adenda necesaria para subsanar el inconveniente.

Consulta 13 - TIEMPO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante aumentar el plazo de entrega de los equipos a 90 días. Esto, debido a que la situación actual impide que puedan garantizarse el transporte agil de equipos de importacion y mas aún si son de características muy especiales como los solicitados (ya que se suma la escasez de componentes e insumos)

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2022
------------------	---------------------------	------------

Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC

Consulta 14 - ÍTEM 34

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante admitir higrómetro con temperatura de funcionamiento de 0 a +50°C, que ya es mas que suficiente para monitoreo de condiciones de laboratorio

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2022
------------------	---------------------------	------------

Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC

Consulta 15 - ÍTEM 35

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante admitir higrómetro con temperatura de funcionamiento de 0 a +50°C, que ya es mas que suficiente para monitoreo de condiciones de laboratorio

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2022
------------------	---------------------------	------------

Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC

Consulta 16 - ÍTEM 36

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante admitir higrómetro con medición de humedad de 10% a 90%, que ya es mas que suficiente para monitoreo de condiciones de laboratorio

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2022
------------------	---------------------------	------------

Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC

Consulta 17 - ÍTEM 35

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante admitir higrómetro con medición de humedad de 10% a 90%, que ya es mas que suficiente para monitoreo de condiciones de laboratorio

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2022
------------------	---------------------------	------------

Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC

Consulta 18 - ÍTEM 34

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
Solicitamos a la convocante admitir termohigrómetro con rango de presión barométrica hasta 1100hPa, que ya es más que suficiente para monitoreo de condiciones de laboratorio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2022
Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 19 - ÍTEM 35

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
Solicitamos a la convocante admitir termohigrómetro con rango de presión barométrica hasta 1100hPa, que ya es más que suficiente para monitoreo de condiciones de laboratorio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2022
Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 20 - ÍTEM 55

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
Solicitamos a la convocante revisar el precio referencial del equipo solicitado debido a que el equipo usado como referencia de precio, es de una precisión mucho menor (0.1°C) a lo solicitado (0.01°C), lo que hará que el equipo se encarezca mucho más. Además que es un equipo cotizado sin costo de envío ni impuestos de aduana		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2022
Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 21 - ÍTEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
Solicitamos a la convocante admitir un horno de bloque seco con un rango de temperatura de 60°C a 500°C		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2022
Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 22 - ÍTEM 32

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
Solicitamos a la convocante admitir un termómetro con sonda de 23cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2022
Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		

Consulta 23 - ÍTEM 33

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2022
Solicitamos a la convocante admitir termometro con sonda de 23cm		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2022
Respetar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		