

## Consultas Realizadas

# Licitación 418730 - DIGITALIZACION (RENDICION DE CUENTAS, DIRECCION DE CONTRATACIONES, CONTABILIDAD, DAG CUERPO 1)

Consulta 1 - Actualizar Repositorio de SENAVE a travez de la importacion masiva de imagenes al gestor documental de DATASCAN

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2022
Consultamos a la convocante si podría aclararnos en que formato necesitan que se disponibilice los archivos digitalizados y firmados de modo a tener en claro este punto y evitar cualquier tipo de inconvenientes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
Según lo indicado en el PBC en el punto 7. Requerimientos generales para la generación de archivos.		

Consulta 2 - Páginas No Encuadernadas: Escáner documental de alta velocidad, con las siguientes características mínimas:

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2022
Consultamos a la convocante si podría aceptar equipos con velocidad de escaneo de 180 imágenes por minuto a doble cara para dar mayor oportunidad a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. El requerimiento es mínimo para cumplir con plazos acotados con los que se cuenta para la generación masiva de imágenes.		

Consulta 3 - Área de escaneo: Tamaño 17 x 24 pulgadas o superior y Área de escaneo: 40 pulgadas o superior

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2022
Consultamos a la convocante si podría unificar Área de escaneo de 16 x 25 pulgadas para el equipo tipo planetario ya que en las EETT aparecen dos veces con diferentes proporciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2022
Se aclara que el requerimiento de 17x24" corresponde al Equipo para documentos encuadernados, documentos antiguos y sensibles imposibilitados de pasar por rodillo de escaneo. Por otra parte, Área de escaneo: 40 pulgadas o superior se refiere al Equipo para documentos de formato ancho.		