

## Consultas Realizadas

# Licitación 418749 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL INCAN - PLURIANUAL

### Consulta 1 - MESA QUIRURGICA: 5.4

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2023
<p>Consulta 1. En el punto: 5.4 Angulación vertical de la sección espalda: de -20° ó menos a +75° o más. Se consulta a la convocante si es posible abrir este punto para permitir participación de más oferentes. Se pide abrir el punto de angulación vertical de 75° o más a 70° o más. La diferencia en la angulación de 5° es ínfima por lo que se pide amablemente poder cambiar este punto. Recomendación de modificación: 5.4 Angulación vertical de la sección espalda: de -20° ó menos a +70° o más.</p> <p>Se consulta a la convocante si es posible abrir este punto para permitir participación de más oferentes. Se pide abrir el punto de angulación vertical de 75° o más a 70° o más. La diferencia en la angulación de 5° es ínfima por lo que se pide amablemente poder cambiar este punto. Recomendación de modificación: 5.4 Angulación vertical de la sección espalda: de -20° ó menos a +70° o más.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor mirarse al PBC, las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio.		

### Consulta 2 - MESA QUIRURGICA: 5.7

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2023
<p>Consulta 2. En el punto: 5.7 Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de -60° a +50° Se consulta amablemente a la convocante si pudiese abrir este punto para permitir la participación de más oferentes. Se pide modificar la graduación de -60° a -45° y de +50° reducirlo a 25°. Con esta modificación, el punto quedaría como sigue: 5.7 Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de -45° o menos a +25° o más</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor mirarse al PBC, las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio.		

### Consulta 3 - MESA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2023
<p>Consulta 3. En el punto PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, para el ítem 1 (Mesa quirúrgica) se consulta amablemente a la convocante si es posible modificar este punto a por lo menos 90 días luego de la entrega del anticipo. Esto debido que al tamaño del equipo y las cantidades, necesariamente se debe producir e importarlos y esto demora al menos la cantidad de 90 días. Con esta modificación también se puede considerar un ahorro importante para la convocante en la adquisición de los equipos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse a la Adenda 1		

## Consulta 4 - MESA QUIRURGICA: 5.4

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2023
Consulta 1. En el punto: 5.4 Angulación vertical de la sección espalda: de -20° ó menos a +75° o más. Se consulta a la convocante si es posible abrir este punto para permitir participación de más oferentes. Se pide abrir el punto de angulación vertical de 75° o más a 70° o más. La diferencia en la angulación de 5° es ínfima por lo que se pide amablemente poder cambiar este punto. Recomendación de modificación: 5.4 Angulación vertical de la sección espalda: de -20° ó menos a +70° o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor mirirse al PBC, las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio.		

## Consulta 5 - MESA QUIRURGICA: 5.7

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2023
Consulta 2. En el punto: 5.7 Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de -60° a +50° Se consulta amablemente a la convocante si pudiese abrir este punto para permitir la participación de más oferentes. Se pide modificar la graduación de -60° a -45° y de +50° reducirlo a 25°. Con esta modificación, el punto quedaría como sigue: 5.7 Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de -45° o menos a +25° o más		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor mirirse al PBC, las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio.		

## Consulta 6 - MESA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2023
Consulta 3. En el punto PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, para el ítem 1 (Mesa quirúrgica) se consulta amablemente a la convocante si es posible modificar este punto a por lo menos 90 días luego de la entrega del anticipo. Esto debido que al tamaño del equipo y las cantidades, necesariamente se debe producir e importarlos y esto demora al menos la cantidad de 90 días. Con esta modificación también se puede considerar un ahorro importante para la convocante en la adquisición de los equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse a la Adenda		

## Consulta 7 - EETT GARANTÍA

Consulta	Fecha de Consulta
	26-09-2023
<p>EN LOS ÍTEMS DONDE DICE:</p> <p>Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo</p> <p>En cuanto al mantenimiento correctivo, favor aclarar si únicamente se refiere al cambio de partes por defectos de fábrica y piezas que según protocolo del fabricante se recomiendan dentro de los 2 años de uso.</p> <p>La aclaración requerida, es debido a que si el cambio de partes es por cualquier tipo de evento, incluso el mal uso, los precios a cotizar serán excesivamente altos, por la imposibilidad de prever una cantidad aproximada y también se podrían dar incumplimientos contractuales, por haber ofertado precios desconociendo la cantidad de eventos para cambio de partes.</p>	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	11-10-2023
<p>Se aclara que la garantía es por defecto de fabricación y los mantenimientos preventivos según protocolo de mantenimiento emitido por la fabri</p>	

## Consulta 8 - ITEM N° 1 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta
	27-09-2023
<p>Solicitamos Incluir Normas de Mercosur-Anvisa. Son las mismas que las CE FDA y otras.</p>	
Respuesta	Fecha de Respuesta
	11-10-2023
<p>Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los requerimientos de calidad son las mínimas solicitada por el servicio, además muchos fabricantes de equipos con certificación ANVISA (BRASIL) también obtienen la CE, FDA u otras cuando cumplen con los requisitos de la misma</p>	

## Consulta 9 - EETT - ITEM 1: MESA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta
	27-09-2023
<p>Punto 3 Normativa, 3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad general: ISO 13485. Solicitamos a la convocante incluir Certificado de Buenas Practicas de Fabricación y Control de Productos para la Salud, emitido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), país Brasil, ya que dicho documento se encuentra homologado a nivel del Mercosur para la Fabricación y Comercialización de Productos Médicos</p>	
Respuesta	Fecha de Respuesta
	11-10-2023
<p>Remitirse al pliego de bases y condiciones.</p>	

## Consulta 10 - EETT ITEM N° 6: MONITOR MULTIPARAMETRICO MEDIANA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta
	27-09-2023
<p>Punto 3 Normativas: 3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos a la convocante incluir Normas de Mercosur (ANVISA), son las mismas que las CE, FDA y otras.</p>	
Respuesta	Fecha de Respuesta
	11-10-2023
<p>Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los requerimientos de calidad son las mínimas solicitada por el servicio, además muchos fabricantes de equipos con certificación ANVISA (BRASIL) también obtienen la CE, FDA u otras cuando cumplen con los requisitos de la misma</p>	

## Consulta 11 - EETT ITEM N° 6: MONITOR MULTIPARAMETRICO MEDIANA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2023
Punto 3 Normativas: 3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad general: ISO 13485. Solicitamos a la convocante incluir Certificado de Buenas Practicas de Fabricación y Control de Productos para la Salud, emitido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), país Brasil, ya que dicho documento se encuentra homologado a nivel del Mercosur para la Fabricación y Comercialización de Productos Médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los requerimientos de calidad son las mínimas solicitada por el servicio, además muchos fabricantes de equipos con certificación ANVISA (BRASIL) deben obtener la ISO13485 cuando cumplen con los requisitos internacionales de fabricación de dispositivos médicos		

## Consulta 12 - EETT - ITEM 1: MESA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
Punto 3 Normativa, 3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad general: ISO 13485. Solicitamos a la convocante incluir Certificado de Buenas Practicas de Fabricación y Control de Productos para la Salud, emitido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), país Brasil, ya que dicho documento se encuentra homologado a nivel del Mercosur para la Fabricación y Comercialización de Productos Médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los requerimientos de calidad son las mínimas solicitada por el servicio, además muchos fabricantes de equipos con certificación ANVISA (BRASIL) deben obtener la ISO13485 cuando cumplen con los requisitos internacionales de fabricación de dispositivos médicos		

## Consulta 13 - EETT ITEM N° 6: MONITOR MULTIPARAMETRICO MEDIANA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
Punto 3 Normativas: 3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos a la convocante incluir Normas de Mercosur (ANVISA). Son las mismas que las CE, FDA y otras.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los requerimientos de calidad son las mínimas solicitada por el servicio, además muchos fabricantes de equipos con certificación ANVISA (BRASIL) también obtienen la CE, FDA u otras cuando cumplen con los requisitos de la misma		

## Consulta 14 - EETT ITEM N° 6: MONITOR MULTIPARAMETRICO MEDIANA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
Punto 3 Normativas: 3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad general: ISO 13485. Solicitamos a la convocante incluir Certificado de Buenas Practicas de Fabricación y Control de Productos para la Salud, emitido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), país Brasil, ya que dicho documento se encuentra homologado a nivel del Mercosur para la Fabricación y Comercialización de Productos Médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los requerimientos de calidad son las mínimas solicitada por el servicio, además muchos fabricantes de equipos con certificación ANVISA (BRASIL) deben obtener la ISO13485 cuando cumplen con los requisitos internacionales de fabricación de dispositivos médicos		

## Consulta 15 - EETT ITEM N° 7: MONITOR MULTIPARAMETRICO DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
Punto 3 Normativas: 3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA y CE se debe cumplir con ambas. Solicitamos a la convocante incluir Normas de Mercosur (ANVISA). Son las mismas que las CE, FDA, y que debe cumplir al menos alguna de ellas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse a la nueva versión del pliego de bases y condiciones		

## Consulta 16 - EETT ITEM N° 7: MONITOR MULTIPARAMETRICO DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
Punto 3 Normativas: 3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad general: ISO 13485. Solicitamos a la convocante incluir Certificado de Buenas Practicas de Fabricación y Control de Productos para la Salud, emitido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), país Brasil, ya que dicho documento se encuentra homologado a nivel del Mercosur para la Fabricación y Comercialización de Productos Médicos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los requerimientos de calidad son las mínimas solicitada por el servicio, además muchos fabricantes de equipos con certificación ANVISA (BRASIL) deben obtener la ISO13485 cuando cumplen con los requisitos internacionales de fabricación de dispositivos médicos		

## Consulta 17 - Item 3 Rayos x Fijo

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
Rango de movimiento de 26 cm o mayor. Solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos cuyas mesas tengan un movimiento transversal de 25 cm o mayor considerando que la modificación es mínima y que no afecta al desempeño real del equipo y con lo cual se estará permitiendo la participación de una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

## Consulta 18 - Item 3 Rayos x Fijo

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
4.5.1 Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 o mayor, motorizado. Solicitamos amablemente a la convocante permitan cotizar equipos con bucky mural contrabalaceado con movimiento manual considerando que la utilización diaria del bucky en la generalidad es por el método manual y no motorizado y que además que el hecho de que sea motorizado implicaría en un aumento innecesario del costo del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

### Consulta 19 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En punto 4.1.2. Frecuencia minima de 300 kHz. Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar equipos con una frecuencia minima 25kHz, a fin de brindar mayor oportunidad a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

### Consulta 20 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En el punto 4.3.2. 4.3.2 Rango de recorrido vertical de 165 cm o superior. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con rango de recorrido vertical de 120 cm o superior, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

### Consulta 21 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En el punto 4.3.2. 4.3.2 Rango de recorrido vertical de 165 cm o superior. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con rango de recorrido vertical de 120 cm o superior, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

### Consulta 22 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En el punto 4.3.4 4.3.4 Rotación del tubo alrededor del eje horizontal como mínimo -40° a 130°. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con rotación del tubo como mínimo -40° a +120°, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

### Consulta 23 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En el punto 4.4.5 4.4.5 Movimiento longitudinal de 100 cm o mayor. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con movimiento longitudinal de 90 cm o mayor, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

### Consulta 24 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 3

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	28-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.4.7 4.4.7 Distancia foco-detector de 125 cm o superior. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con distancia foco-detector de 110 cm o superior a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio

### Consulta 25 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 3

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	28-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.6.1 Detector inalámbrico o con longitud de cable detector mínimo de 6 metros. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con detector alámbrico para garantizar el tiempo de adquisición, o en todo caso solicitar inalámbrico y/o alámbrico, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones

### Consulta 26 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 3

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	28-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 1.4.1 Visualización de imagen: Previsualización < 4 segundos. Imagen completa < 12 segundos. Solicitamos a la Convocante eliminar o dejar como "opcional" la función previsualización, ya que es característica de una marca específica, por tanto solicitamos a la Convocante modificar dicho punto.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio. Se aclara que dicha característica cumplen varias marcas.

### Consulta 27 - Item 3 Rayos x Fijo

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	28-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.1.2 donde solicita: Frecuencia mínima de 300 kHz, solicitamos a la convocante modificar esta redacción considerando que es un poco ambigua, y que además el parámetro solicitado representa un criterio de diseño del fabricante que no afecta a la calidad de la radiación producida siempre y cuando se trate de generadores de alta frecuencia. Por este motivo solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos con Frecuencia máxima del invertir de 50kHz o superior. Además con esto se estará permitiendo la participación de una mayor cantidad de oferentes principalmente de las marcas renombradas.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio

## Consulta 28 - Item 3 Rayos x Fijo

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En el punto 4.1.6 Rango de mAs de 0,1 o menor a 600 o mayor, solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos con rango de mAs de 0,5 o menor a 600 o mayor considerando que valores inferiores a 0,5 mAs no son generalmente utilizados en la práctica diaria y que con esto se estaría ampliando el abanico de oferentes y no limitando la participación de oferentes por un valor que no afecta al desempeño del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

## Consulta 29 - Item 3 Rayos x Fijo

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En el punto 4.3.2 Rango de recorrido vertical de 165 cm o mayor, solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos cuyo recorrido vertical sean de 155 cm o mayor considerando que con este valor se cubre toda la extensión del cuerpo humano en posición de bipedestación cubriendo todos los requerimientos de una sala radiográfica convencional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

## Consulta 30 - Item 3 Rayos x Fijo

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En el punto 4.5.1 Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado solicitamos a la convocante permitan cotizar bucky con movimiento manual contrabalanceado que es la modalidad utilizada en la gran mayoría de las salas de rayos del país y el mundo, evitando de esta manera un sobre costo innecesario y además al ser un movimiento motorizado se incorpora otro posible punto de falla del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

## Consulta 31 - Item 3 Rayos x Fijo

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En el punto 4.6.7 donde solicitan un DQE de 65%, solicitamos a la convocante permitan ofertar paneles cuya eficiencia de detección cuántica haya sido evaluada bajo la norma RQA5, 2.5uGy, IEC 62220-1, la cual es un estándar muy utilizado por diversos fabricantes, por lo tanto. Por lo tanto solicitamos permitan cotizar paneles detectores con DQE de 65% o superior en una dosis de 2,5µGy o menor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		



### Consulta 32 - ITEM 1: Mesa Quirúrgica, en el punto N° 4.8 dice

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
----------	-------------------	------------

ITEM 1: Mesa Quirúrgica, en el punto N° 4.8 dice: Largo de la mesa:  $190 \pm 10$  cm. A fin de dar participación a mayor cantidad de oferentes solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con Largo de la Mesa:  $200 \pm 10$ cm; ya con esto se podrá cubrir cirugías de pacientes más altos y no tener que depender de otra mesa para cubrir esa necesidad

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas. Se podrá cotizar equipos con mejores prestaciones

### Consulta 33 - Item 3 Rayos x Fijo:

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
----------	-------------------	------------

En el punto 4.1.2 donde solicita: Frecuencia mínima de 300 kHz, solicitamos a la convocante modificar o sea opcional debido a que la frecuencia solicitada varía de acuerdo a la marca del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.

### Consulta 34 - ITEM 1: Mesa Quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
----------	-------------------	------------

ITEM 1: Mesa Quirúrgica, en el punto 5.1 dice: Elevación desde 70 cm o menos a 110 cm o más. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Elevación desde  $75 \pm 10$  cm o menos a  $110 \pm 10$  cm.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas. Se podrá cotizar equipos con mejores prestaciones

### Consulta 35 - ITEM 1: Mesa Quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
----------	-------------------	------------

ITEM 1: Mesa Quirúrgica, en el punto 5.7 dice: Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de  $-60^\circ$  a  $+50^\circ$ . Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de  $-60^\circ$  o mejor a  $+45^\circ \pm 10$ cm.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas. Se podrá cotizar equipos con mejores prestaciones. Además el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones

### Consulta 36 - Ítem 3 Rayos x Fijo EETT PUNTOS: 4.3.3 Y 4.3.4 Rotación del tubo

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante verificar la redacción de lo solicitado en las especificaciones ya que están escritas alrevez los ángulos, el de vertical debería ser el horizontal y viceversa.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones

## Consulta 37 - ITEM 6: Monitor multiparamedico de media complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
ITEM 6: Monitor multiparamedico de media complejidad en el punto 4.4 dice: Manipuleo y control directamente mediante mando rotatorio: Cabe mencionar que en el punto 4.2 menciona Pantalla táctil de 12 pulgadas como mínimo. FAVOR NOTAR QUE HAY UNA INCOHERENCIA EN LAS ESPECIFICACIONES en estos puntos. Recomendamos que el punto 4.4 quede de la siguiente manera: Manipuleo y control directamente mediante TOUCH SCREEN (Pantalla Táctil).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas. Se aclara que el equipo deberá cumplir con ambas funciones, pantalla táctil y mando rotatorio.		

## Consulta 38 - Ítem 3 Rayos x Fijo EETT 4.4.6

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En el punto 4.4.6 Movimiento transversal de 26 cm o mayor. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con Movimiento transversal de 12cm cm o mayor y así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas y brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

## Consulta 39 - ITEM 6: Monitor multiparamedico de media complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
ITEM 6: Monitor multiparamedico de media complejidad, Punto 4.5 dice: Conectividad a la red de monitoreo. (conexión con cables y/o sin cables). Recomendamos para este punto solo la alternativa de conexión sin cables por el alto costo que representa un cableado en un hospital. Refiere a la posibilidad de que debe contar con conectividad. Recomendamos posibilidad a futuro, ya que no se está solicitando ningún tipo de accesorio o central de monitoreo para esta capacidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse a la adenda. Se aclara que el equipo debe contar con la posibilidad de conexión a la red sin cables o por medios inalámbricos.		

## Consulta 40 - Ítem 3 Rayos x Fijo EETT 4.5.1

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En el punto 4.5.1: Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado. Solicitamos a la Convocante modificar el Rango de recorrido vertical de 68 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

## Consulta 41 - ITEM 6: Monitor multiparametrico de media complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
ITEM 6: Monitor multiparametrico de media complejidad, Punto 4.8 dice: Registrador integrado con posibilidad de impresión de hasta tres canales de información. Ancho de registro 48 mm aproximadamente. Velocidad del papel 25, 50 mm/s. solicitamos a la convocante que este punto se declare como OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones		

## Consulta 42 - ITEM 6: Monitor multiparametrico de media complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
ITEM 6: Monitor multiparametrico de media complejidad, Punto 4.15 dice: Alimentación eléctrica: 220V CA $\pm 10\%$ / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). Con batería de al menos 240 minutos de autonomía. Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con las siguientes especificaciones: Alimentación eléctrica: 220V CA $\pm 10\%$ / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). Con batería de al menos 60 minutos de autonomía o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

## Consulta 43 - ITEM 6: Monitor multiparametrico de media complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
ITEM 6: Monitor multiparametrico de media complejidad, Punto 4.16 dice: Registrador integrado que imprime hasta tres canales de información, Velocidad del papel 25, 50 mm/s. solicitamos a la convocante que este punto se declare como OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones		

## Consulta 44 - ITEM 6: Monitor multiparametrico de media complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
ITEM 6: Monitor multiparametrico de media complejidad, Punto 5.2.3 dice: Rango de medición y alarma: 20 a 300 lpm. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Rango de medición y alarma: 25 a 250 lpm o mejor rango		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones		

## Consulta 45 - ITEM 6: Monitor multiparametrico de media complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
ITEM 6: Monitor multiparametrico de media complejidad, Punto 5.3.5 dice: Resolución: 1 rpm. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Resolución: 2 rpm o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

## Consulta 46 - ITEM 6: Monitor multiparamedico de media complejidad

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	28-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

ITEM 6: Monitor multiparamedico de media complejidad, Punto 5.3.6 dice: Rango de medición: Adultos: de 0 a 120 rpm, Neonato/Pediátrico: de 0 a 150 rpm. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Rango de medición: Adultos: de 0 a 120 rpm, Neonato/Pediátrico: de 0 a 120 rpm o mejor rango

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio

## Consulta 47 - ITEM 7: Monitor multiparamedico de alta complejidad

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	28-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

ITEM 7: Monitor multiparamedico de alta complejidad. Punto 4.4 Manipuleo y control directamente mediante mando rotatorio: Cabe mencionar que en el punto 4.2 menciona Pantalla táctil de 12 pulgadas como mínimo. FAVOR NOTAR QUE HAY UNA INCOHERENCIA EN LAS ESPECIFICACIONES en estos puntos. Recomendamos que el punto 4.4 quede de la siguiente manera: Manipuleo y control directamente mediante TOUCH SCREEN (Pantalla Táctil).

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas. Se aclara que el equipo deberá cumplir con ambas funciones, pantalla táctil y mando rotatorio.

## Consulta 48 - ITEM 7: Monitor multiparamedico de alta complejidad

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	28-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

ITEM 7: Monitor multiparamedico de alta complejidad. Punto 4.6 dice Conectividad a la red de monitoreo. (conexión con cables y/o sin cables). Recomendamos para este punto solo la alternativa de conexión sin cables por el alto costo que representa un cableado en un hospital. Refiere a la posibilidad de que debe contar con conectividad. Recomendamos posibilidad a futuro, ya que no se está solicitando ningún tipo de accesorio o central de monitoreo para esta capacidad.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse a la adenda. Se aclara que el equipo debe contar con la posibilidad de conexión a la red sin cables o por medios inalámbricos.

## Consulta 49 - ITEM 7: Monitor multiparamedico de alta complejidad

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	28-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

ITEM 7: Monitor multiparamedico de alta complejidad. Punto 4.8 dice: Tendencias gráficas y numéricas de 1000 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Tendencias gráficas y numéricas de 150 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio

## Consulta 50 - ITEM 7: Monitor multiparamedico de alta complejidad

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	28-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

ITEM 7: Monitor multiparamedico de alta complejidad. Punto 4.9 dice: 15 tipos de cálculos de dosis de medicamentos. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera. 10 tipos de cálculos de dosis de medicamentos o mejor.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse a la adenda. Se aclara el requerimiento de la siguiente manera, al menos 10 tipos de cálculos de dosis de medicamentos.

## Consulta 51 - ITEM 7: Monitor multiparamedico de alta complejidad

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	28-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

ITEM 7: Monitor multiparamedico de alta complejidad Punto 4.12 dice: Sistema para fijación de cada monitor: montaje de pared original de la misma fábrica. Solicitamos a la convocante que este punto se declare como OPCIONAL

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio

## Consulta 52 - ITEM 7: Monitor multiparamedico de alta complejidad

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	28-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

ITEM 7: Monitor multiparamedico de alta complejidad. Punto 4.16 dice: Al menos 4 interfaz USB. Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con: Al menos 1 interfaz USB o mejor.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones

## Consulta 53 - Plazo de entrega de bienes - Equipos de Rayos X Fijo

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	28-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante ampliar la fecha de entrega para el ítem N° 3 Equipos de Rayos X Fijo a 160 días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo debido al tiempo de fabricación y de importación del equipo.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones

## Consulta 54 - ITEM 7: Monitor multiparamedico de alta complejidad

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	28-09-2023
-----------------	--------------------------	------------

ITEM 7: Monitor multiparamedico de alta complejidad. Punto 4.17 dice: Alimentación eléctrica: 220V CA  $\pm$ 10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). Con batería de al menos 180 minutos sin necesidad de baterías externas. Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con las siguientes especificaciones: Alimentación eléctrica: 220V CA  $\pm$ 10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). Con batería de al menos 60 minutos o mejor sin necesidad de baterías externas.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio

## Consulta 55 - ITEM 7: Monitor multiparamedico de alta complejidad.

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
ITEM 7: Monitor multiparamedico de alta complejidad. Punto 5.15 dice: Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. Rango de medición de 0 a 150 respiraciones por minuto. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. Rango de medición de 0 a 120 minutos respiraciones por minuto o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

## Consulta 56 - Precio de Referencia

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
Solicitamos a la convocante actualizar los precios referenciales ya que se encuentran desfasados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los precios referenciales están acorde a las exigencias técnicas requeridas y en base a análisis de presupuestos y licitaciones anteriores		

## Consulta 57 - Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Manipuleo y control por pantalla táctil y mando rotatorio. Solicitamos a la convocante permitir que la opcion de control por pantalla táctil sea opcional y de esa manera tambien agregar la opcion de botones. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Manipuleo y control por pantalla táctil o mando rotatorio o botones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas. Se aclara que el equipo deberá cumplir con ambas funciones, pantalla táctil y mando rotatorio.		

## Consulta 58 - Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Sistema para fijación de cada monitor: montaje de pared con canastilla para accesorios, original de la misma fábrica del monitor. Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Monitor con Sistema para fijación de cada monitor o Soporte de pared de fabricación nacional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

## Consulta 59 - Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Con batería de al menos 240 minutos de autonomía. Solicitamos a la convocante permitir que sea 120 minutos de autonomía como mínimo. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Con batería de 120 minutos de autonomía como mínimo, y 240 minutos como máximo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

## Consulta 60 - Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad Temperatura: En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Rango de medición y alarma de 0 a 50 °C Solicitamos a la convocante permitir cotización de Rango de medición y alarma de 21.0 a 50.0 °C. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Rango de medición y alarma de 0 o mayor a 50 °C como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

## Consulta 61 - Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad Presión no invasiva: En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Resolución: 1mmHg Solicitamos a la convocante permitir cotización de Resolución: +-3mmHg . De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Resolución: 1mmHg como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

## Consulta 62 - Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad Otros Requerimientos En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Garantía de por lo menos 2 (dos) años. Solicitamos a la convocante permitir la cotización con 1 (un) año de garantía De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Garantía de 1 (un) año como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

## Consulta 63 - Ítem 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad Otros Requerimientos Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Manual usuario en español o ingles. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Manual usuario en español o ingles. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

## Consulta 64 - Ítem 6 Monitor Multiparamétrico mediana compl

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad Accesorios por cada equipo En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Cinco cables de paciente para ECG de 5 puntas. Solicitamos a la convocante permitir de un cable paciente como mínimo De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Un cable paciente para ECG de 5 puntas como mínimo y Cinco como máximo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

## Consulta 65 - Ítem 1 Mesa Quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En una parte de las especificaciones técnicas el Convocante solicita: 4.1 - Cuatro secciones: cabeza, dorso, renal o sentadura y piernas Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Cuatro secciones (o más): cabeza, dorso, renal o sentadura y piernas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones		

## Consulta 66 - Ítem 1 Mesa Quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En una parte de las especificaciones técnicas el Convocante solicita: 4.6 - Revestida con material de acero inoxidable. Sugerimos respetuosamente al Convocante especificar la calidad del acero para mayor durabilidad de la Mesa Quirúrgica. Por lo expuesto solicitamos respetuosamente al Convocante poder cotizar equipos con: Revestida con material de acero inoxidable AISI 316L o superior.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio. Se podrá cotizar equipos con mejores prestaciones		



## Consulta 67 - Ítem 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad Accesorios por cada equipo En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Cuatro sensores reusables de temperatura de piel Solicitamos a la convocante permitir un sensor reusable de temperatura de piel como mínimo. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) como mínimo y Cuatro como máximo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

## Consulta 68 - Ítem 1 Mesa Quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En una parte de las especificaciones técnicas el Convocante solicita: 4.8 - Largo de la mesa: $190 \pm 10$ Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Largo de la mesa: $190 \pm 20$ .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones		

## Consulta 69 - Ítem 1 Mesa Quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En una parte de las especificaciones técnicas el Convocante solicita: 5.4 - Angulación vertical de la sección espalda: de $-20^\circ$ ó menos a $+75^\circ$ o más Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Angulación vertical de la sección espalda: de $-40^\circ$ ó menos a $+75^\circ$ o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

## Consulta 70 - Ítem 1 Mesa Quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En una parte de las especificaciones técnicas el Convocante solicita: 5.6 - Angulación horizontal de la sección de piernas: de $0^\circ$ a $90^\circ$ . (abertura lateral de la piernera) Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Angulación horizontal de la sección de piernas: de $0^\circ$ a $90^\circ$ o mayor. (abertura lateral de la piernera).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones		

## Consulta 71 - Ítem 1 Mesa Quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En una parte de las especificaciones técnicas el Convocante solicita: 5.7 - Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de -60° a +50°. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de -60° (o menor) a +50° (o mayor).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio. Se podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

## Consulta 72 - Ítem 2 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En una parte de las especificaciones técnicas el Convocante solicita: 4.2 - Pantalla LCD que permita visualizar el programa utilizado, la potencia ajustada. Sugerimos respetuosamente al Convocante agregar el tamaño de la pantalla para que el usuario pueda tener una mejor visibilidad de las funciones utilizadas en cirugía. Por lo expuesto solicitamos respetuosamente al convocante permitir la cotización de equipos con: Pantalla LCD de 7 pulgadas (o mayor) que permita visualizar el programa utilizado, la potencia ajustada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.		

## Consulta 73 - Ítem 2 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En una parte de las especificaciones técnicas el Convocante solicita: 9.3 - Pinza bipolar recta reutilizable. Cantidad: 2 (dos) unidades por equipo Sugerimos respetuosamente al Convocante aclara si se el tamaño de la Pinza Bipolar. Por lo expuesto solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Pinza bipolar recta 20 cm de largo (variación permitida +/- 2 cm). Diámetro de las puntas 0,3 mm (variación permitida +/- 0,2 mm) reutilizable. Cantidad: 2 (dos) unidades por equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.		

## Consulta 74 - Ítem 2 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En una parte de las especificaciones técnicas el Convocante solicita: 9.4 - Pinza bipolar con bayoneta reutilizable. Cantidad: 2 (dos) unidades por equipo Sugerimos respetuosamente al Convocante aclara si se el tamaño de la Pinza Bipolar. Por lo expuesto solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Pinza bipolar con bayoneta de 20 cm de largo (variación permitida +/- 2 cm). Diámetro de las puntas 0,3 mm (variación permitida +/- 0,2 mm) reutilizable. Cantidad: 2 (dos) unidades por equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.		

## Consulta 75 - Ítem 2 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
En una parte de las especificaciones técnicas el Convocante solicita: 9.7 - Pinzas para cirugía RTU 01 unidad de pinza bipolar Sugerimos respetuosamente al Convocante aclara si se está refiriendo al resectoscopio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse a la adenda. Se aclara esta solicitud como requerimiento OPCIONAL.		

## Consulta 76 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	28-09-2023
: En la Página 50 del PBC en su Apartado Plan de Entrega dice: La entrega de los bienes se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado, 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo. Solicitamos al Convocante que el plan de entrega sea de 90 días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo. Considerando que algunos equipos tienen que ser Importados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor dirigirse a la adenda, el plan de entrega de los bienes serán 90 (noventa) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo.		

## Consulta 77 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
ITEM 1 Mesa de Cirugía Solicitamos amablemente a la convocante agregar a las especificaciones técnicas Función de nivelación o auto restauración de posición considerando que el monto referencial corresponde a mesas de cirugía de alta prestación y que dicha función es necesario para casos donde se requiera establecer la posición original de la mesa en caso de urgencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor dirigirse a la adenda. Equipo con función de nivelación o autorestauración de posición mediante un botón.		

## Consulta 78 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
ITEM 1 Mesa de cirugía Solicitamos amablemente a la convocante agregar a las especificaciones técnicas movimiento de inclinación lateral de al menos 18° izquierda y 18° derecha, considerando que dicha función es necesaria en algunos procedimientos como cirugía de cráneo y otras aplicaciones, además de que la solicitud hace referencia a equipamientos de alta prestación y de esa manera aclarar todos los puntos requeridos para el Item.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor dirigirse a la adenda. Equipo con movimiento de inclinación lateral al menos 18° izquierda y 18° derecha.		

## Consulta 79 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
ITEM 1 Mesa de cirugía Solicitamos amablemente a la convocante agregar a las especificaciones técnicas movimiento de elevación puente renal de 11cm o mayor, teniendo en cuenta que dicha función es necesaria para cirugías donde se requiera de procedimientos como cirugía renal, uréteres, o pulmón sin la necesidad de agregar almohadas o calces que son incómodos para el cirujano, y además tener en cuenta que el requisito hace referencia a equipamientos de alta prestación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor dirigirse a la adenda. Equipo con movimiento de elevación puente renal de 11cm o mayor.		

## Consulta 80 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
ITEM 2 Electrobisturi Donde dice Corriente fraccionadas para la endoscopia, favor aclarar a cual función hace referencia, entendemos que se refiere a una salida monopolar donde especifica la salida física para la conexión del electrodo cuando se utiliza con endoscopio, sugerimos a la convocante especificar de la siguiente manera Salida monopolar para uso con endoscopio y de esta manera aclarar dudas o ambigüedades en el requerimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Se aclara que se solicita una salida física monopolar extra para la conexión del electrodo cuando se utiliza con endoscopio.		

## Consulta 81 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
ITEM 2 Electrobisturi Donde dice Corte puro para urología, ajustable de 10 o menor a 350W o mayor, sugerimos a la convocante aceptar equipos con rango de potencia de 10 o menor a 290W o mayor para uso en urología, consideramos que la potencia es suficiente para dicha aplicación y que no afectará a las prestaciones del mismo, además de esta manera dar mayor participación a oferentes y por lo tanto mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.		

## Consulta 82 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
ITEM 2 Electrobisturí Donde dice Pinza para cirugía RTU; 01 pinza bipolar, solicitamos amablemente a la convocante eliminar este requerimiento considerando que las características técnicas solicitada corresponde a unidad electroquirúrgica para uso general, y teniendo en cuenta que estos tipos de instrumentales se utilizan en equipamientos con función sellador de vasos, endoscopios (conjunto lente, pinza, etc) u otras funciones propicias para el uso de dicho instrumental, las cuales no están explícitas en el requerimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse a la adenda. Se aclara esta solicitud como requerimiento OPCIONAL.		

## Consulta 83 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
ITEM 2 Electrobisturi Donde dice Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado. Solicitamos amablemente a la convocante requerir dicho documento de la siguiente manera: Normas de calidad general: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado o naturaleza del bien. Se debe tener en cuenta que la ISO 13485 son certificaciones de calidad de fabricación de dispositivos médicos, generalmente específica la naturaleza del bien que fabrica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse a la nueva versión del pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 84 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
ITEM 5 Sillon Odontologico Donde dice Donde dice Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado. Solicitamos amablemente a la convocante requerir dicho documento de la siguiente manera: Normas de calidad general: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado o naturaleza del bien. Se debe tener en cuenta que la ISO 13485 son certificaciones de calidad de fabricación de dispositivos médicos, generalmente específica la naturaleza del bien que fabrica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse a la nueva versión del pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 85 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
ITEM 7 Monitor multiparamétrico de alta complejidad Donde dice Normas de calidad específicas: FDA y CE se debe cumplir con ambas Solicitamos amablemente a la convocante aceptar norma de calidad FDA o CE no ambas considerando que son normativas iguales o pares iguales provenientes de diferentes regiones FDA (Americana), CE (Europea). Además existen otras normativas similares como JIS. Con la aceptación de esta petición se evita la interpretación de direccionamiento de marca o cierre de especificaciones técnicas y dar participación a mayor cantidad de oferentes que puedan cumplir con una de las calidades específicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse a la nueva versión del pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 86 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM 7  
Monitor multiparamétrico de alta complejidad  
Donde dice 15 tipos de cálculos de dosis de medicamentos, solicitamos amablemente a la convocante requerir de como mínimo 6 tipos de cálculos de dosis de medicamentos teniendo en cuenta que estos pueden ser configurados de distintas maneras y que no limita las prestaciones del equipo, además dar posibilidad de participación de mayor cantidad de oferentes y por lo tanto obtener mejores ofertas. Además aceptando esta sugerencia no limitar las especificaciones técnicas que son propicias de cierta marca.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la nueva versión del pliego de bases y condiciones.

## Consulta 87 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM 7  
Monitor multiparamétrico de alta complejidad  
Donde dice Al menos 4 interfaz USB, Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con al menos 1 interfaz USB teniendo en cuenta que dicho puerto se utiliza para actualizaciones y descarga de datos, mayor cantidad de puerto USB es redundante y la aceptación de dicha sugerencia no altera las prestaciones del equipo, y evitar requerir especificaciones técnicas de cierta marca. Las licitaciones se realizan con la intención de obtener un producto requerido con mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.

## Consulta 88 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
----------	-------------------	------------

En el punto 4.1.2 del ítem 3 donde dice Frecuencia mínima de 300 kHz solicitamos a la convocante modificar a Frecuencia mínima de 100 kHz o mejor debido a que la mayoría de los equipos de tecnologías superiores y actualizadas tienen 100kHz, por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.

## Consulta 89 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
----------	-------------------	------------

En el punto 4.1.6 del ítem 3 donde dice Rango de mAs de 0,1 o menor a 600 o mayor solicitamos a la convocante modificar a Rango de mAs de 0,5 o menor a 600 o mayor dicho rango es estándar en la mayoría de los equipos de rayos X fijo y lo normalmente aceptado por los médicos, además la diferencia solicitada es mínima lo cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.

### Consulta 90 - Ítem 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
En el punto 4.3.2 del ítem 3 donde dice Rango de recorrido vertical de 165 cm o superior solicitamos a la convocante modificar a Rango de recorrido vertical de 145 cm o superior. Cada fabricante maneja un rango de recorrido vertical propio para el diseño de su equipo, el cual es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnóstico, por lo que solicitamos modificar el presente punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.		

### Consulta 91 - Ítem 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
En el punto 4.3.3 del ítem 3 donde dice Rotación del tubo alrededor del eje vertical como mínimo de -30° +30° solicitamos a la convocante aclarar si lo solicitado se refiere a la rotación del soporte de columna.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse a la nueva versión del pliego de bases y condiciones.		

### Consulta 92 - Ítem 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
En el punto 4.4.5 del ítem 3 donde dice Movimiento longitudinal de 100 cm o mayor solicitamos a la convocante modificar a Movimiento longitudinal de 68 cm o mayor Cada fabricante maneja un movimiento longitudinal propio para el diseño de su equipo, el cual es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnóstico, por lo que solicitamos modificar el presente punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.		

### Consulta 93 - Ítem 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
En el punto 4.5.1 del ítem 3 donde dice Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado solicitamos a la convocante modificar a Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado o manual, debido a que en el punto 4.2.6 solicitan control de colimación MANUAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.		

### Consulta 94 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
En el punto 4.6.3 del ítem 3 donde dice Tamaño de área activa del detector de 43cm x 43cm o mayor solicitamos a la convocante modificar a Tamaño de área activa del detector de 42.5 cm x 42.5 cm o mayor la diferencia solicitada es mínima lo cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.		

### Consulta 95 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
En el punto 4.6.4 del ítem 3 donde dice Matriz de 3072 x 3072 o mayor solicitamos a la convocante modificar a Matriz de 3070 x 3070 o mayor Cada fabricante maneja una matriz propia para el diseño de su equipo, además la diferencia solicitada es mínima, la cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.		

### Consulta 96 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
En el punto 4.6.8 del ítem 3 donde dice Transmisión de datos: Previsualización &#8804; 3,5 segundos. Imagen completa &#8804; 5 segundos solicitamos a la convocante modificar a Transmisión de datos: Previsualización &#8804; 3,5 segundos. Imagen completa &#8804; 7 segundos dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de rayos X fijo y lo normalmente aceptado por los médicos, además la diferencia solicitada es mínima, la cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.		

### Consulta 97 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
En el punto 4.6.8 del ítem 3 donde dice Transmisión de datos: Previsualización &#8804; 3,5 segundos. Imagen completa &#8804; 5 segundos solicitamos a la convocante modificar a Transmisión de datos: Previsualización &#8804; 3,5 segundos. Imagen completa &#8804; 7 segundos dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de rayos X fijo y lo normalmente aceptado por los médicos, además la diferencia solicitada es mínima, la cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.		



### Consulta 98 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
En el punto 4.6.8 del ítem 3 donde dice Transmisión de datos: Previsualización &#8804; 3,5 segundos. Imagen completa &#8804; 5 segundos solicitamos a la convocante modificar a Transmisión de datos: Previsualización &#8804; 3,5 segundos. Imagen completa &#8804; 7 segundos dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de rayos X fijo y lo normalmente aceptado por los médicos, además la diferencia solicitada es mínima, la cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.		

### Consulta 99 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
En el punto 6.3 del ítem 3 donde dice Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo solicitamos aclarar que la garantía no incluye daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgaste natural.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Se aclara que la garantía es por defecto de fabricación y los mantenimientos preventivos según protocolo de mantenimiento emitido por la fabrica.		

### Consulta 100 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
Donde dice Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo solicitamos a la convocante modificar dicho punto a Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes 60 (sesenta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse a la adenda, 90 (noventa) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo.		

### Consulta 101 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
Donde dice "Plazo de reposición de bienes 10 (diez) días hábiles desde su notificación por escrito al proveedor" solicitamos a la convocante modificar dicho punto a "Plazo de reposición de bienes 15 (quince) días hábiles desde su notificación por escrito al proveedor " Lo solicitado se debe a que en el plazo de reposición de bienes se deben considerar: los plazos de Importación de los Bienes, el tiempo en tránsito y los procesos aduaneros realizados por terceros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los requerimientos son plazos solicitado por el servicio.		

## Consulta 102 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
<p>En el PBC en la sección CAPACIDAD TÉCNICA, Dice: Con el objetivo de calificar la capacidad técnica del oferente, se considerarán los siguientes índices: a) Detalles que se observan en las EEETT, además debe incluir mantenimientos preventivos y correctivos por dos años.</p> <p>Solicitamos aclarar en el inciso a) Los bienes ofertados deben cumplir a cabalidad las especificaciones técnicas, incluyendo la provisión de mantenimientos preventivos y correctivos con provisión de repuestos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
<p>Se aclara que deberán cumplir la especificaciones técnicas incluyendo los mantenimientos preventivos y correctivos correspondientes.</p>		

## Consulta 103 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
<p>En el PBC en la sección CAPACIDAD TÉCNICA. El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:</p> <p>2. Habilitación vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos.</p> <p>Solicitamos a la Convocante corregir la denominación de este documento, Debe decir: 2- Autorización de Apertura y Funcionamiento como: Importadora de Dispositivos médicos, Materiales Cortopunzantes y Equipos de Protección Individual (Clase I, Clase II, Clase III, Clase IV) emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria DINAVISA dependiente del MSPYBS debidamente vigente o presentar la Constancia en trámite de renovación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
<p>Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones.</p>		

## Consulta 104 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
<p>En el PBC en la sección CAPACIDAD TÉCNICA. El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:</p> <p>3. Habilitación vigente del Servicio Técnico de Equipos Médicos, habilitado por DINAVISA.</p> <p>Solicitamos a la Convocante corregir la denominación de este documento, Debe decir: Autorización de Apertura y Funcionamiento como: Servicio de Mantenimiento Técnico de Dispositivos Médicos, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria DINAVISA dependiente del MSPYBS debidamente vigente o presentar la Constancia en trámite de renovación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
<p>Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones.</p>		

## Consulta 105 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
En el PBC en la sección CAPACIDAD TÉCNICA. El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: 4. Presentar certificados y/o constancias de haber participado en cursos de entrenamiento, capacitación y familiarización del equipo ofertado y sus programas del personal técnico de la empresa emitida por el fabricante de la marca ofertada.  Se solicita a la Convocante establecer que los certificados y/o constancias de cursos de entrenamiento sean en la modalidad del equipo ofertado. Ejemplo: Para equipos de RX la modalidad ofertadas es Radiología XP.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones. En los certificados deben constar la Fabrica y la naturaleza del equipo ofertado.		

## Consulta 106 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
Solicitamos a la Convocante exigir a todos los Oferentes: Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS conforme lo establece la LEY 4659/12, reglamentado por la RES. S.G. 669/2016.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse a la nueva versión del pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 107 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
Solicitamos a la Convocante exigir a todos los Oferentes: Autorización Servicio de Reparación y mantenimiento a Equipos generadores de Radiación Ionizante. Categoría III y IV.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 108 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
Solicitamos a la Convocante exigir a todos los Oferentes: Autorización emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) de Técnicos Operacionalmente Expuestos (TOE) para el plantel técnico que realizará los mantenimientos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.		

### Consulta 109 - Item 3 Adecuación Edilicia

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
1. Se consulta a la Convocante si dentro de las adecuaciones de sala el proveedor adjudicado deberá incluir un vestidor. Es preciso aclarar, pues esta información es necesaria para la obtención del precio de la oferta. - En caso afirmativo, se solicita a la Convocante, indicar el lugar que sería destinado para este, teniendo en cuenta que las dimensiones de la sala para el equipo no son muy amplias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones.		

### Consulta 110 - Item 3 Adecuación Edilicia

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
Se solicita a la Convocante poner a disposición de los oferentes, los planos de la sala, con los detalles técnicos, datos de protección radiológica con la que cuenta actualmente la sala, de modo a la planificación del proyecto y obtención de costos de este para ofertar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones.		

### Consulta 111 - Item 3 Adecuación Edilicia

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
3. Se consulta a la Convocante si dentro de las adecuaciones de sala el proveedor adjudicado deberá proveer el mobiliario donde estarán la consola, teclado, monitor, computadora, etc., del equipo. Lo solicitado obedece a que es necesario que los oferentes cuenten con la información para la obtención del precio de su oferta. -		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones.		

### Consulta 112 - Item 3 Adecuación Edilicia

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
4. Se solicita a la Convocante aclarar que la alimentación eléctrica desde la subestación o tablero general, hacia el tablero del equipo será proveído por el Hospital. - Debido a que la información concerniente a la capacidad técnica eléctrica disponible en las distintas áreas del hospital, como transformadores y generadores, está directamente gestionada por el Hospital. -		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones.		

### Consulta 113 - Item 3 Adecuación Edilicia

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita a la Convocante establecer el procedimiento de aprobación de planos en el caso que en el marco de las adecuaciones de sala de rayos x o sala de comando se necesiten hacer cambios estructurales como, por ejemplo: demolición de paredes para ampliar las dimensiones de la sala.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al pliego de bases y condiciones.

### Consulta 114 - Item 3 Adecuación Edilicia

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
----------	-------------------	------------

6. Se solicita a la Convocante aclarar que el cableado de la red de datos hasta la sala de comando del equipo de rayos es de responsabilidad del hospital, pues es la entidad que tiene acceso a la base de datos completa con las características y disponibilidad de la red asignada a los equipos., por lo que resulta fundamental que este sea el encargado de gestionar la provisión de internet hasta la sala asegurando así la correcta y eficiente distribución de la red, un acceso fiable a los equipos médicos y permitiendo una coordinación efectiva de los servicios en beneficio de los pacientes y el personal médico

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al pliego de bases y condiciones.

### Consulta 115 - Plazo de ejecución del ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita a la Convocante establecer que el plazo máximo para el desmontaje y retiro del Equipo de RX fijo instalado en la sala a ser destinada a a la sala de Rayos sea de 30 días. Lo solicitado obedece a que los trabajos de adecuación edilicia contemplados en el ítem 3, deben realizarse con al menos 90 días de antelación a la entrega del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al pliego de bases y condiciones.

### Consulta 116 - Item 4 Adecuación Edilicia

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante confirmar si se requerirán modificaciones en la infraestructura de la sala designada para el uso del EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Se aclara que todo lo referente a la instalación y puesta en marcha del equipo ofertado corre por cuenta del oferente.

### Consulta 117 - Item 4 Adecuación Edilicia

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar que la responsabilidad de garantizar y preparar la infraestructura eléctrica necesaria para el uso del equipo no recae en el oferente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Se aclara que todo lo referente a la instalación y puesta en marcha del equipo ofertado corre por cuenta del oferente.

## Consulta 118 - Capacitación

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
ITEM N° 3 EQUIPO DE RAYOS X Punto 6.4 Donde dice: El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo. Se solicita amablemente a la convocante especificar la cantidad de horas necesarias para realizar el entrenamiento, se sugiere que para cumplir con dicho punto es más que suficiente 24 horas y de esta manera cubrir con todos los procedimientos que pueden realizar los usuarios en el sistema de imágenes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Se aclara que la capacitación deberá durar como máximo 3 días según los requerimientos del servicio hasta lograr así la capacitación de todos los usuarios.		

## Consulta 119 - Capacitación

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2023
ITEM N° 4 EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL, Punto 7.3 Donde dice: El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo. Se solicita amablemente a la convocante especificar la cantidad de horas necesarias para realizar el entrenamiento, se sugiere que para cumplir con dicho punto es más que suficiente 8 horas y de esta manera cubrir con todos los procedimientos que pueden realizar los usuarios en el sistema de imágenes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Se aclara que la capacitación deberá durar como máximo 3 días según los requerimientos del servicio hasta lograr así la capacitación de todos los usuarios.		

## Consulta 120 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
En el ítem 4.1.2 donde dice Frecuencia mínima de 300 kHz solicitamos amablemente a la convocante aclarar que el valor de frecuencia mínima solicitada es de 30 kHz y no 300 kHz. El valor comercial de este parámetro varía entre 30 y 45 kHz, entendemos que hubo un error de tipeo al transcribir este valor de frecuencia, por lo que solicitamos modificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 121 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
En el ítem 4.1.6 donde dice Rango de mAs de 0,1 o menor a 600 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de mAs de 0.1 o menor a 500 o mayor, y así dar apertura a las especificaciones técnica para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 122 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
En el ítem 4.3.2 donde dice Rango de recorrido vertical de 165 cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de recorrido vertical de al menos 140 cm o superior, este valor es mas que suficiente para todo tipo de estudios a realizar con el equipo, este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas por el servicio.		

## Consulta 123 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
Consulta N° 5 En el ítem 4.3.4 donde dice Rotación del tubo alrededor del eje horizontal como mínimo-40º 0 130º, solicitamos amablemente a la convocante aclarar el rango de ángulo de rotación solicitado, pues en el eje horizontal del tubo el rango máximo que se logra es de +/- 90°. Entendemos que hubo un error de tipeo en este ítem por lo que solicitamos amablemente su modificación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 124 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
En el ítem 4.4.2 donde dice Ancho de la superficie de la mesa: 75 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con ancho de la superficie de la mesa de al menos 74 cm o mayor, y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 125 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
En el ítem 4.4.5 donde dice Movimiento longitudinal de 100 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento longitudinal de al menos 60 cm o mayor, y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 126 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
En el ítem 4.4.6 donde dice Movimiento transversal de 26 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento transversal de al menos 22 cm o mayor, y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 127 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
En el ítem 4.4.3 donde dice Longitud de la superficie de la mesa: 210 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con longitud de la superficie de la mesa de al menos 200 cm o mayor, y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 128 - ÍTEM 7 Monitor Multiparametrico de Alta Complejidad - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
Sobre el punto 4.4. "Manipuleo y control directamente mediante mando rotatorio"		
Se consulta si pueden también ser aceptados mediante mando en formato touch o táctil		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas. Se aclara que el equipo deberá cumplir con ambas funciones, pantalla táctil y mando rotatorio.		

## Consulta 129 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
Rayos x fijo. 1 - Donde dice: 4.6.1- Detector inalámbrico o con longitud de cable detector mínimo de 6 metros. Solicitamos a la convocante aclarar si solicita dos detectores Planos, esto se debe a que normalmente los equipos de esta categoría son doble detector digital uno móvil inalámbrico que va en el Bucky de la mesa y otro detector digital fijo con cable que va en el Bucky mural, con esta configuración se procede a realizar todas las exploraciones necesarias para el servicio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión de Pliego de bases y condiciones.		



## Consulta 130 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
----------	-------------------	------------

2 - Donde dice: Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado.

Solicitamos a la convocante tener en cuenta que la documentación requerida en grandes fabricantes es brindada por la naturaleza del bien que fabrica, es decir que si la convocante desea saber si los equipos ofertados son productos con normas de calidad específicas debería de solicitar FDA, CE o jis al menos alguna de ellas el documento deberá estar vigente indicar la naturaleza del equipo ofertado. Las certificaciones se realizan por naturaleza del bien ofertado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la ultima versión de Pliego de bases y condiciones.

## Consulta 131 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
----------	-------------------	------------

3-Donde dice:

4.5.1 Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado, solicitamos a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde al seguimiento automatico del bucky mural y el tubo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la ultima versión de Pliego de bases y condiciones.

## Consulta 132 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
----------	-------------------	------------

4- donde dice: 4.2.6 Control de colimación manual con luz de localización LED, solicitamos a la convocante que para una mayor facilidad de trabajo para los usuarios y una prestacion superior para mejora del servicio solicite una pantalla de 10 pulgadas como minimo, tactil con capacidad de visualizacion de tecnicas y seleccion de tecnicas, y de estudios radiograficos, instalada en el colimador/tubo, con esto se facilitaria enormemente el uso diario del equipo y se estaria mejorando la necesidad del servicio.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la ultima versión de Pliego de bases y condiciones.

## Consulta 133 - EETT ITEM 2 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante se pueda cotizar dispositivo biomedico para cortar, coagular o cauterizar tejidos o UNIDAD ELECTROQUIRURGICA MICROPROCESADA

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.

## Consulta 134 - EETT ITEM 2 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante se pueda cotizar pantalla lcd o DISPLAY que permita visualizar el programa utilizado

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.

## Consulta 135 - EETT ITEM 2 ELECTROBISTURI

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita que el punto 9.7 pinzas para cirugía RTU se OPCIONAL

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones.

## Consulta 136 - Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
----------	-------------------	------------

Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad

Características

En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Pantalla táctil de 12 pulgadas como mínimo.

Solicitamos a la convocante permitir que la opción de control por pantalla táctil sea opcional y de esa manera también agregar la opción de botones. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Pantalla táctil o mando

rotatorio con botones de 12 pulgadas como mínimo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.

## Consulta 137 - Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
----------	-------------------	------------

Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad

Características

En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Sistema para fijación de cada monitor: montaje de pared original de la misma fábrica.

Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Monitor con Sistema para fijación de cada monitor o Soporte de pared de fabricación nacional

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.

## Consulta 138 - Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Con batería de al menos 180 minutos sin necesidad de baterías externas. Solicitamos a la convocante permitir que sea 120 minutos de autonomía como mínimo. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Con batería de 120 minutos de autonomía como mínimo, y 180 minutos como máximo, sin necesidad de batería externa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.		

## Consulta 139 - Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad Temperatura: En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Rango de medición y alarma de 0 a 50 °C Solicitamos a la convocante permitir cotización de Rango de medición y alarma de 21.0 a 50.0 °C. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Rango de medición y alarma de 0 o mayor a 50 °C como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.		

## Consulta 140 - Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad Temperatura: En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Rango de medición de la frecuencia cardíaca de 40 a 240 lpm Solicitamos a la convocante permitir cotización de Rango de medición de la frecuencia cardíaca de 40 a 270 lpm. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Rango de medición de la frecuencia cardíaca de 40 a 240 lpm como mínimo y 40 a 270 lpm como máximo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio. Se podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

## Consulta 141 - Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad Otros Requerimientos En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Garantía de por lo menos 2 (dos) años. Solicitamos a la convocante permitir la cotización con 1 (un) año de garantía De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Garantía de 1 (un) año como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.		

## Consulta 142 - Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad Otros Requerimientos Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Manual usuario en español o ingles. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Manual usuario en español o ingles. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.		

## Consulta 143 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
Donde dice plazo entrega de los bienes Solicitamos amablemente a la convocante modificar el plazo de entrega a 70 días considerando que los plazos de transporte e importación suelen superar ampliamente el plazo de 30 días cuando son de origen europeo o asiatico, dando lugar a esta petición se amplía la posibilidad de participación de mayor cantidad de oferentes y no tener en cuenta solamente a oferentes que representan equipos que son de origen Latino Americano		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 144 - Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad SPO2: En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Pulso: 30 a 250 lpm Solicitamos a la convocante permitir cotización de Pulso: 25 a 300 lpm. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Pulso: 30 o menor a 250 lpm o mayor		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio. Se podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

## Consulta 145 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
Item 3 Rayos X Fijo  Mesa del Paciente Las especificaciones técnicas requeridas son de equipos con características especiales, para dar realce solicitamos a la convocante que requiera equipos con elevación eléctrica de la mesa. De esta manera requerir equipamientos con mejores prestaciones.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión de Pliego de bases y condiciones.		

### Consulta 146 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
----------	-------------------	------------

Dónde solicitan Distancia foco-detector de 125 cm o superior se solicita a la convocante admitir equipos con distancia foco detector de 100 cm o superior, considerando que 100 cm es la distancia más utilizada, dando así, lugar a participar a mayor cantidad de oferentes.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al pliego de bases y condiciones.

### Consulta 147 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM 1  
Mesa Quirurgica  
Donde dice Panel de control de movimientos en la base o columna, solicitamos amablemente a la convocante agregar como opcional al control de movimiento en la columna, considerando que el control de mando es el medio de mando principal y cuenta con todos los movimientos necesarios para su función, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.

### Consulta 148 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM 2  
Electrobisturi  
Donde dice Pantalla LCD que permita la visualizar el programa utilizado, la potencia ajustada. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con pantalla LED, aceptando esta sugerencia no altera las prestaciones del equipo, y de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes o mejores ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.

### Consulta 149 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
----------	-------------------	------------

ITem 4  
Sillon Odontologico, solicitamos amablemente a la convocante "Obras civiles menores para cumplir con los requisitos de pre-instalación.", Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este requisito o especificar exactamente los trabajos requeridos para la pre instalación. De esta manera aclarar dicho requerimiento de manera a que el proveedor pueda presupuestar su oferta de manera exacta

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al pliego de bases y condiciones, se solicitó visita técnica.

## Consulta 150 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
En el punto 4.6.8 del ítem 3 donde dice Transmisión de datos: Previsualización menor o igual 3,5 segundos. Imagen completa menor o igual 5 segundos solicitamos a la convocante modificar a Transmisión de datos: Previsualización menor o igual 3,5 segundos. Imagen completa menor o igual 7 segundos dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de rayos X fijo y lo normalmente aceptado por los médicos, además la diferencia solicitada es mínima, la cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.		

## Consulta 151 - ítem 6 rango de medicion

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
5.2.3 Rango de medición y alarma: 20 a 300 lpm. Se solicita a la convocante aceptar el rango de 25 o menor a 300lpm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 152 - ítem 7

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
Item 7 - Monitor Multiparametrico de Alta Complejidad		
Donde solicitan: Tendencias gráficas y numéricas de 1000 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa, se refiere a 1000 horas de registro de PANI?		
Donde dice: Al menos 4 interfaz USB, solicitamos se modifique a al menos 4 interfaz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Se refiere a la suma de todos los parámetros. Para la interfaz USB referirse a la ultima versión del pliego.		

## Consulta 153 - Item 4 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
Donde dice " Temporizador contrador por microprocesador de 0.02 a 4 segundos y generador de alto voltaje " se solicita a la convocante modificar a "Temporizador contrador por microprocesador de 0.01 a 3,2 segundos o mayor y generador de alto voltaje " ya que la diferencia solicitada es minima lo cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 154 - ítem 7

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
----------	-------------------	------------

Donde dice: Al menos 4 interfaz USB, solicitamos se modifique a al menos 4 interfaz

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Se refiere a la suma de todos los parámetros. Para la interfaz USB referirse a la ultima versión del pliego.

## Consulta 155 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2023
----------	-------------------	------------

Item 6

Monitor Multiparametrico mediana complejidad

Donde dice Detección de por lo menos 12 arritmias Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos de por lo menos 10 arritmias, este requerimiento no desvia sustancialmente la oferta y da lugar de participacion a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.

## Consulta 156 - Ítem 1 Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2023
----------	-------------------	------------

3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.

Solicitamos incluir también los certificados de calidad Mercosur

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los requerimientos de calidad son las mínimas solicitada por el servicio, además muchos fabricantes de equipos con certificación ANVISA (BRASIL) también obtienen la CE, FDA u otras cuando cumplen con los requisitos de la misma.

## Consulta 157 - Ítem 1 Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2023
----------	-------------------	------------

Largo de la mesa:  $190 \pm 10$  cm.

¿Se podría considerar  $\pm 15$  cm?

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.

## Consulta 158 - Ítem 1 Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2023
----------	-------------------	------------

5.1 Elevación desde 70 cm o menos a 110 cm o más.

¿Se podría considerar 75cm o menos a 104cm o más?

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.

## Consulta 159 - Ítem 1 Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2023
5.4 Angulación vertical de la sección espalda: de -20° ó menos a +75° o más. ¿Se podría considerar +65° o más?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.		

## Consulta 160 - Ítem 1 Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2023
5.7 Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de -60° a +50°. ¿Se podría considerar en el rango de -45° a +45°?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.		

## Consulta 161 - Ítem 2 Electrobiturí

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2023
3.1 Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado ¿Se podría considerar Normas del Mercosur?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los requerimientos de calidad son las mínimas solicitada por el servicio, además muchos fabricantes de equipos con certificación ANVISA (BRASIL) también obtienen la CE, FDA u otras cuando cumplen con los requisitos de la misma.		

## Consulta 162 - Ítem 2 Electrobiturí

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2023
4.2 Pantalla LCD que permita visualizar el programa utilizado, la potencia ajustada. ¿Se podría considera pantalla LCD o TFT?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 163 - Ítem 2 Electrobiturí

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2023
4.3 Control mediante botón tipo membrana para todos los parámetros. ¿Se podría considerar mediante botón tipo membrana o Touch Screen?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio. Se podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		



## Consulta 164 - Ítem 2 Electrobiturí

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2023
4.5 Debe presentar al menos nueve modos de trabajo ¿Se podría considerar al menos siete modos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.		

## Consulta 165 - Ítem 2 Electrobiturí

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2023
9.7 Pinza para cirugía RTU ¿Podrían brindar mayores detalles de la pinza bipolar solicitada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse a la adenda. Se aclara esta solicitud como requerimiento OPCIONAL.		

## Consulta 166 - Ítem 6 Monitor multiparamétrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2023
5.2.3 Rango de medición y alarma: 20 a 300 lpm ¿Se podría considerar de 25 a 250lpm o mejor?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la última versión del pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 167 - Ítem 7 Monitor multiparamétrico de Alta Complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2023
3.1 Normas de calidad específicas: FDA y CE se debe cumplir con ambas Solicitamos que sea suficiente con el cumplimiento de una de las normas considerando que no todos los equipos de procedencia americana requieren los estándares CE y viceversa		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse a la nueva versión del pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 168 - Ítem 7 Monitor multiparamétrico de Alta Complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2023
4.4 Manipuleo y control directamente mediante mando rotatorio. ¿Se podría considerar mediante mando rotatorio y touch screen?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas. Se aclara que el equipo deberá cumplir con ambas funciones, pantalla táctil y mando rotatorio.		

## Consulta 169 - Ítem 7 Monitor multiparamétrico de Alta Complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2023
4.8 Tendencias gráficas y numéricas de 1000 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa. ¿Se podría considerar tendencias gráficas y numéricas de 120horas como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.		

## Consulta 170 - Ítem 7 Monitor multiparamétrico de Alta Complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2023
5.11 Pulso: 30 a 250 lpm ¿Se podría considerar 25 a 250lpm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 171 - Ítem 7 Monitor multiparamétrico de Alta Complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2023
5.15 Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. Rango de medición de 0 a 150 respiraciones por minuto. ¿Se podría considerar 0 a 120 rpm o más?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.		

## Consulta 172 - Ítem 7 Monitor multiparamétrico de Alta Complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2023
5.25 Rango de medición de la frecuencia cardíaca de 40 a 240 lpm ¿Se podría considerar de 40 a 270lpm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio. Se podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

## Consulta 173 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2023
En el punto 4.4 Mesa del paciente, donde solicitan "Movimiento transversal de 26 cm o mayor", solicitamos amablemente a la convocante admitir de 25 cm en adelante, a fin de dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las EETT son las mínimas solicitadas por el servicio.		

### Consulta 174 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2023
----------	-------------------	------------

En el punto 4.4 Mesa del paciente, donde solicitan "Distancia foco-detector de 125 cm o superior", solicitamos amablemente a la convocante admitir distancia desde 100 cm en adelante, ya que no compromete a la imagen, para de esta forma dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al pliego de bases y condiciones, las EETT son las mínimas solicitadas por el servicio.

### Consulta 175 - Especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2023
----------	-------------------	------------

ITEM N° 3 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO  
El punto 6.2 El proveedor deberá realizar la adecuación edilicia del lugar donde será instalado el equipo, favor aclarar cuales son las obras civiles e instalación de equipos adicionales que son necesarios para la adecuación de la sala

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al pliego de bases y condiciones se solicito visita técnica.

### Consulta 176 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
----------	-------------------	------------

En el PBC en la sección CAPACIDAD TÉCNICA. El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: 4. Presentar certificados y/o constancias de haber participado en cursos de entrenamiento, capacitación y familiarización del equipo ofertado y sus programas del personal técnico de la empresa emitida por el fabricante de la marca ofertada. Se solicita a la Convocante establecer que los certificados y/o constancias de cursos de entrenamiento sean en la modalidad del equipo ofertado o de equipos de mayor complejidad. Ejemplo: Para equipos de RX la modalidad ofertadas es Radiología y equipos de mayor complejidad serían por ejemplo mesas telecomandadas y/o tomógrafos computarizados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al pliego de bases y condiciones.

### Consulta 177 - Especificaciones Tecnicas - Item 6 Monitor Multiparametrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
----------	-------------------	------------

Donde dice: 4.19 Función o perfil de cálculos de ventilación o pulmonares y de oxigenación.  
Consulta: Se solicita amablemente a la convocante dejar como opcional, no exigido. De modo a no limitar la participación de los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.

## Consulta 178 - Especificaciones Tecnicas - Item 6 Monitor Multiparametrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
Donde dice: 4.21 Registrador integrado que imprime hasta tres canales de información, Velocidad del papel 25, 50 mm/s. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante aceptar de un canal o más. De modo a no limitar la participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión de Pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 179 - Especificaciones Tecnicas - Item 6 Monitor Multiparametrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
Donde dice: Función o perfil de cálculos hemodinámicos. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante dejar como opcional, no exigido. De modo a no limitar la participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.		

## Consulta 180 - Especificaciones Tecnicas - Item 6 Monitor Multiparametrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
Donde dice: 5.2.3 Rango de medición y alarma: 20 a 300 lpm. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante aceptar el rango de 25 a 300 lpm o más. De modo a no limitar la participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión de Pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 181 - Especificaciones Tecnicas - Item 6 Monitor Multiparametrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
Donde dice: 4.4 Manipuleo y control por pantalla táctil y mando rotatorio. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante dejar como opcional, no exigido. De modo a no limitar la participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.		

## Consulta 182 - Especificaciones Tecnicas - Item 7 Monitor Multiparametrico alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
Donde dice: 4.9 15 tipos de cálculos de dosis de medicamentos. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante aceptar de 10 cálculos de dosis de medicamentos. De modo a no limitar la participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión de Pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 183 - Especificaciones Tecnicas - Item 7 Monitor Multiparametrico alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
Donde dice: 4.13 Función o perfil de cálculos hemodinámicos. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante dejar como opcional, no exigido. De modo a no limitar la participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.		

## Consulta 184 - Especificaciones Tecnicas - Item 7 Monitor Multiparametrico alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
Donde dice: 4.16 Al menos 4 interfaz USB. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante aceptar 2 interfaz USB o mejor. De modo a no limitar la participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión de Pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 185 - Especificaciones Tecnicas - Item 7 Monitor Multiparametrico alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
Donde dice: 5.30 PA: -6 A 120 mmHg Consulta: Se solicita amablemente a la convocante aceptar -10 a 120 mmHg. De modo a no limitar la participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio. Se podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		

### Consulta 186 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
Con relación al plazo de entrega de 30 días señalado para el ítem 3 Equipo de Rayos X Fijo, solicitamos amablemente a la convocante aumentar dicho periodo a al menos 90 días. Esto considerando que este tipo de equipos ocupa al menos 30 a 45 días de fabricación y luego aproximadamente la misma cantidad de días en el transito desde origen hasta nuestro país, incluyendo el tiempo que se espera para despachar en nuestra aduana. Por lo manifestado, solicitamos se considere el plazo de 90 días para la entrega del ítem 3 Equipo de Rayos X Fijo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.		

### Consulta 187 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
En el ítem 4.1.2 donde dice Frecuencia mínima de 300 kHz solicitamos amablemente a la convocante aclarar que el valor de frecuencia mínima solicitada es de 30 kHz y no 300 kHz. El valor comercial de este parámetro varia entre 30 y 45 kHz, entendemos que hubo un error de tipeo al transcribir este valor de frecuencia, por lo que solicitamos modificar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas son mínimas.		

### Consulta 188 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
En el ítem 4.1.6 donde dice Rango de mAs de 0,1 o menor a 600 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de mAs de 0.1 o menor a 500 o mayor, y así dar apertura a las especificaciones técnica para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas son mínimas.		

### Consulta 189 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
En el ítem 4.3.2 donde dice Rango de recorrido vertical de 165 cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de recorrido vertical de al menos 140 cm o superior, este valor es mas que suficiente para todo tipo de estudios a realizar con el equipo, este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas son mínimas.		

### Consulta 190 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
En el ítem 4.3.4 donde dice Rotación del tubo alrededor del eje horizontal como mínimo-40° 0 130°, solicitamos amablemente a la convocante aclarar el rango de ángulo de rotación solicitado, pues en el eje horizontal del tubo el rango máximo que se logra es de +/- 90°. Entendemos que hubo un error de tipeo en este ítem por lo que solicitamos amablemente su modificación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.		

### Consulta 191 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
En el ítem 4.4.2 donde dice Ancho de la superficie de la mesa: 75 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con ancho de la superficie de la mesa de al menos 74 cm o mayor, y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.		

### Consulta 192 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
En el ítem 4.4.3 donde dice Longitud de la superficie de la mesa: 210 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con longitud de la superficie de la mesa de al menos 200 cm o mayor, y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.		

### Consulta 193 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
En el ítem 4.4.5 donde dice Movimiento longitudinal de 100 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento longitudinal de al menos 60 cm o mayor, y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.		

## Consulta 194 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2023
En el ítem 4.4.6 donde dice Movimiento transversal de 26 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento transversal de al menos 22 cm o mayor, y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.		

## Consulta 195 - Especificaciones Tecnicas - Item 7 Monitor Multiparametrico alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
Donde dice: 5.31 CVP/RAP/LAP/ICP: -10 a 40 mmHg. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante dejar como opcional, no exigido. De modo a no limitar la participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.		

## Consulta 196 - Especificaciones Tecnicas - Item 6 Monitor Multiparametrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
Donde dice: 5.24 Modos para la toma de presión: manual y automática a tiempos de intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, y 480 minutos. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante aceptar Modos para la toma de presión: Manual, Auto, STAT, Secuencia Intervalo de medición en modo automático 1 minuto, 2 minutos, 2.5 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1h, 1.5h, 2h, 3h, 4h, 8h. De modo a no limitar la participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.		

## Consulta 197 - Especificaciones Tecnicas - Item 6 Monitor Multiparametrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
Donde dice: 5.1.4 Detección de por lo menos 12 arritmias. Precisión 1% o +/- 1 lpm,; Resolución: 1lpm. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante aclarar el punto, la especificación no es coherente y no corresponde al punto de detección de arritmias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.		



### Consulta 198 - ITEM N° 3 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	06-10-2023
-----------------	--------------------------	------------

Favor aclarar si la convocante o el proveedor será el encargado de desinstalar el equipo que se encuentra en la sala donde será instalado el equipo de rayos x. Es fundamental aclarar, ya que esta información es necesaria para la obtención del precio de la oferta.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Remitirse al pliego de bases y condiciones, se solicitó visita técnica.

### Consulta 199 - Especificaciones Tecnicas - Item 7 Monitor Multiparametrico alta complejidad

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	06-10-2023
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice: 4.16 Al menos 4 interfaz USB.  
Consulta: Se solicita amablemente a la convocante aceptar 2 interfaz USB. De modo a no limitar la participación de los oferentes.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Remitirse al pliego de bases y condiciones, se solicitó visita técnica.

### Consulta 200 - ITEM N° 3 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO Tablero eléctrico

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	06-10-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la Convocante aclarar que la alimentación eléctrica desde la subestación o tablero general, hacia el tablero del equipo será proveído por el Hospital.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Remitirse al pliego de bases y condiciones, se solicitó visita técnica.

### Consulta 201 - ITEM N° 3 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	06-10-2023
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante aclarar que la protección radiológica del lugar de instalación estará a cargo del Hospital ya que esta información es necesaria para la obtención del precio de la oferta.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Remitirse al pliego de bases y condiciones, se solicitó visita técnica.

### Consulta 202 - Plan de Entrega de los bienes

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	06-10-2023
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice: 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción.  
Consulta: Se solicita amablemente a la convocante 45 (cuarenta y cinco) días hábiles para los oferentes que deben importar los equipos.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	11-10-2023
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la ultima versión de Pliego de bases y condiciones.

### Consulta 203 - ITEM N° 3 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
----------	-------------------	------------

Punto 6.4 Donde dice: El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo. Se solicita amablemente a la convocante especificar la cantidad de horas necesarias para realizar el entrenamiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Se aclara que la capacitación deberá durar como máximo 3 días según los requerimientos del servicio hasta lograr así la capacitación de todos los usuarios.

### Consulta 204 - ITEM N° 3 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
----------	-------------------	------------

El punto 6.2 El proveedor deberá realizar la adecuación edilicia del lugar donde será instalado el equipo, Solicitamos aclarar cuáles son las obras civiles e instalación que son necesarios para la adecuación de la sala. Es preciso aclarar, ya que esta información es necesaria para la obtención del precio de la oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al pliego de bases y condiciones, se solicitó visita técnica.

### Consulta 205 - ITEM N° 3 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos reverificar el precio referencial del ítem, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas solicitadas y las adecuaciones que se deben realizar a la sala donde será instalado el equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al pliego de bases y condiciones.

### Consulta 206 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2023
----------	-------------------	------------

En el PBC en la sección CAPACIDAD TÉCNICA. El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: 4. Presentar certificados y/o constancias de haber participado en cursos de entrenamiento, capacitación y familiarización del equipo ofertado y sus programas del personal técnico de la empresa emitida por el fabricante de la marca ofertada. Se solicita a la Convocante establecer que los certificados y/o constancias de cursos de entrenamiento sean en la modalidad del equipo ofertado o de equipos de mayor complejidad. Ejemplo: Para equipos de RX la modalidad ofertadas es Radiología y equipos de mayor complejidad sería por ejemplo mesas telecomandadas y/o tomógrafos computarizados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al pliego de bases y condiciones.

### Consulta 207 - En el punto: 5.4 Angulación vertical de la sección espalda: de -20° ó menos a +75° o más.

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Se consulta a la convocante si es posible abrir este punto para permitir participación de más oferentes. Se pide abrir el punto de angulación vertical de 75° o más a 70° o más. La diferencia en la angulación de 5° es ínfima por lo que se pide amablemente poder cambiar este punto. Recomendación de modificación: 5.4 Angulación vertical de la sección espalda: de -20° ó menos a +70° o más.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

### Consulta 208 - En el punto: 5.7 Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de -60° a +50°

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
Se consulta amablemente a la convocante si pudiese abrir este punto para permitir la participación de más oferentes. Se pide modificar la graduación de -60° a -45° y de +50° reducirlo a 25°. Con esta modificación, el punto quedaría como sigue: 5.7 Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de -45° o menos a +45° o más		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Ajustarse al PBC		

### Consulta 209 - En el punto PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, para el ítem 1 (Mesa quirúrgica)

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2023
se consulta amablemente a la convocante si es posible modificar este punto a por lo menos 90 días luego de la entrega del anticipo. Esto debido al tamaño del equipo y las cantidades, necesariamente se debe producir e importarlos y esto demora al menos la cantidad de 90 días. Con esta modificación también se puede considerar un ahorro importante para la convocante en la adquisición de los equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

### Consulta 210 - EETT ITEM 1 MESA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2023
Solicitamos a la convocante Incluir Normas de Mercosur(ANVISA). Son certificaciones similares que las CE, FDA o JIS, para la comercialización de productos médicos en el Mercado Común del Sur, en donde Paraguay es miembro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse al PBC		

## Consulta 211 - EETT - ITEM 1: MESA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2023
<p>Punto 3 Normativa, 3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad general: ISO 13485. Solicitamos a la convocante aceptar Certificado de Buenas Practicas de Fabricación y Control de Productos para la Salud, emitido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), país Brasil, (regulaciones brasileñas similares a ISO 13485), dicho documento se encuentra homologado a nivel del MERCOSUR para la Fabricación y Comercialización de Productos Médicos. Esta Certificación es admitida en nuestro país en reemplazo de la ISO 13485, para los productos brasileños para el Registro Sanitario, de bienes importados. (Resolución S.G. N° 669/16 emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse al PBC		

## Consulta 212 - EETT ITEM N° 6: MONITOR MULTIPARAMETRICO MEDIANA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2023
<p>Punto 3 Normativas: 3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos a la convocante incluir NORMAS DE MERCOSUR (ANVISA). Son certificaciones similares que las CE, FDA o JIS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse al PBC		

## Consulta 213 - EETT ITEM N° 6: MONITOR MULTIPARAMETRICO MEDIANA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2023
<p>Punto 3 Normativas: 3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad general: ISO 13485. Solicitamos a la convocante incluir certificación similar que la ISO 13485 para los productos brasileños, Certificado de Buenas Practicas de Fabricación y Control de Productos para la Salud, emitido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, país Brasil, ya que dicho documento se encuentra homologado a nivel del Mercosur para la Fabricación y Comercialización de Productos Médicos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse al PBC		

## Consulta 214 - EETT ITEM N° 7: MONITOR MULTIPARAMETRICO DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2023
<p>Punto 3 Normativas: 3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA y CE se debe cumplir con ambas. Solicitamos a la convocante incluir Normas de Mercosur (ANVISA). Son certificaciones similares que las CE, FDA o JIS, y que debe cumplir por lo menos uno de ellas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse al PBC		

## Consulta 215 - EETT ITEM N° 7: MONITOR MULTIPARAMETRICO DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2023
Punto 3 Normativas: 3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad general: ISO 13485. Solicitamos a la convocante incluir Certificado de Buenas Practicas de Fabricación y Control de Productos para la Salud, emitido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), país Brasil, ya que dicho documento se encuentra homologado a nivel del Mercosur para la Fabricación y Comercialización de Productos Médicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse al PBC		

## Consulta 216 - Item 1 de mesa Quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
Donde se solicita Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. solicitamos a la convocante que incluya normas del Mercosur, esta normanas también refieren estándares como FDA y CE a manera dar oportunidad a potenciales oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse al PBC		

## Consulta 217 - Item 6 Monitor multiparamétrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
En el punto 4.21: Registrador integrado que imprime hasta 3 canales de información, velocidad de papel 25, 50mm/s, solicitamos se puedan ofertar Registrador integrado que imprime hasta 3 canales de información, velocidad de papel 25 mm/s		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

## Consulta 218 - Item 6 Monitor multiparamétrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
En el punto 5.2.3 Rango de medición y alarma: 20 a 300 lpm, se solicita cotizar rango de medición y alarma: 20 a 250 lpm considerando que en otras mediciones se cuenta con valores más amplios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse al PBC		

## Consulta 219 - Item 7 - Monitor Multiparametrico de Alta Complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
Donde solicitan: Tendencias gráficas y numéricas de 1000 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa, se refiere a 1000 horas de registro de PANI?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse al PBC		

## Consulta 220 - Item 7 - Monitor Multiparametrico de Alta Complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
Donde dice: Al menos 4 interfaz USB, solicitamos se modifique a al menos 4 interfaz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse al PBC		

## Consulta 221 - Item 7 - Monitor Multiparametrico de Alta Complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
Donde dice: Al menos 4 interfaz USB, solicitamos se modifique a al menos 4 interfaz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse al PBC		

## Consulta 222 - Item 1 de mesa Quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
donde se solicita 4.8 largo de la mesa: $190 \pm 10$ cm. solicitamos ampliar el rango a 190 cm o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

## Consulta 223 - Item 1 de mesa Quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
Donde dice 5.1 Elevación desde 70 cm o menos a 110 cm o más. solicitamos qu este item quede de la siguiente manera Elevación desde $70 \text{ cm} \pm 20$ o menos a $110 \text{ cm} \pm 20$		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse al PBC		

## Consulta 224 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
Con relación al plazo de entrega de 30 días señalado para el ítem 3 Equipo de Rayos X Fijo, solicitamos amablemente a la convocante aumentar dicho periodo a al menos 90 días. Esto considerando que este tipo de equipos ocupa al menos 30 a 45 días de fabricación y luego aproximadamente la misma cantidad de días en el transito desde origen hasta nuestro país, incluyendo el tiempo que se espera para despachar en nuestra aduana. Por lo manifestado, solicitamos se considere el plazo de 90 días para la entrega del ítem 3 Equipo de Rayos X Fijo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versdión del PBC		

## Consulta 225 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	15-10-2023
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 4.2.6 donde dice Control de colimación manual con luz de localización LED solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de equipos con colimador con luz de localización halógena, considerando que al momento de reemplazo de la lampara se encuentra de manera local el reemplazo de la misma por lámparas genéricas y compatibles, representando un costo de manuntencion bajo para la convocante. Así también se da apertura a la participación de potenciales oferentes, este pedido no afecta ni disminuye la prestaciones del equipo ni mucho menos el nivel de calidad del equipo solicitado por la convocante. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Control de colimación manual con luz de localización LED o halógena.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	02-11-2023
------------------	---------------------------	------------

Remitirse al PBC

## Consulta 226 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	15-10-2023
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 4.3.2 donde dice Rango de recorrido vertical de 165 cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de recorrido vertical de al menos 140 cm o superior, este valor es mas que suficiente para todo tipo de estudios a realizar con el equipo, este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	02-11-2023
------------------	---------------------------	------------

Remitirse al PBC

## Consulta 227 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	15-10-2023
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 4.4.5 donde dice Movimiento longitudinal de 100 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento longitudinal de al menos 85 cm o mayor, y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante. Solicitamos que el ítem que quede de la siguiente manera: Movimiento longitudinal de 87 cm o mayor.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	02-11-2023
------------------	---------------------------	------------

Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio

## Consulta 228 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	15-10-2023
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 4.4.6 donde dice Movimiento transversal de 26 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento transversal de al menos 23 cm o mayor, y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Movimiento transversal de 23 cm o mayor

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	02-11-2023
------------------	---------------------------	------------

Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio

### Consulta 229 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
En el ítem 4.5.1 donde dice Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado solicitamos amablemente a la convocante que permita la cotización de equipos con recorrido vertical de al menos 40 cm o menor a 170 cm o mayor, este rango solicitado se encuentra en concordancia con la variedad de aplicaciones que se da al equipo para la realización de exposiciones con los pacientes y da apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Rango de recorrido vertical de 40 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

### Consulta 230 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
En el ítem 4.6.4 donde dice Matriz de 3072 x 3072 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de detectores con matriz de al menos 3000 x 3072 o mayor y así dar participación a potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Matriz de 3000 x 3072 o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

### Consulta 231 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
En el ítem 4.6.5 donde dice Tamaño de píxel de 140 micras o menor solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de detectores con tamaño de píxel de al menos 145 micras o mayor y así dar participación a potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Tamaño de píxel de 145 micras o menor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

### Consulta 232 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
En el ítem 4.6.6 donde dice Profundidad de digitalización de 16 bits o superior solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de detectores con profundidad de digitalización de al menos 14 bits o mayor y así dar participación a potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Profundidad de digitalización de 14 bits o superior		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		



## Consulta 233 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
donde solicitan Certificado de Registro Sanitario Vigente emitido por DINAVISA, solicitamos a la convocante que admitan en tramite de registro de esta manera se tendrá mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

## Consulta 234 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
En el punto 4.1.6 del ítem 3 donde dice Rango de mAs de 0,1 o menor a 600 o mayor solicitamos a la convocante modificar a Rango de mAs de 0,5 o menor a 600 o mayor dicho rango es estándar en la mayoría de los equipos de rayos X fijo y lo normalmente aceptado por los médicos, además la diferencia solicitada es mínima lo cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

## Consulta 235 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
En el punto 4.3.2 del ítem 3 donde dice Rango de recorrido vertical de 165 cm o superior solicitamos a la convocante modificar a Rango de recorrido vertical de 145 cm o superior. Lo solicitado se debe a que cada fabricante maneja un rango de recorrido vertical propio para el diseño de su equipo, el cual es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, por lo que solicitamos modificar el presente punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

## Consulta 236 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
En el punto 4.3.3 del ítem 3 donde dice Rotación del tubo alrededor del eje vertical como mínimo de -30° +30° solicitamos a la convocante aclarar si lo solicitado se refiere a la rotación del soporte de columna.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

### Consulta 237 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
En el punto 4.4.5 del ítem 3 donde dice Movimiento longitudinal de 100 cm o mayor solicitamos a la convocante modificar a Movimiento longitudinal de 68 cm o mayor. Lo solicitado se debe a que cada fabricante maneja un movimiento longitudinal propio para el diseño de su equipo, el cual es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, por lo que solicitamos modificar el presente punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

### Consulta 238 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
En el punto 4.5.1 del ítem 3 donde dice Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado solicitamos a la convocante modificar a Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado o manual, debido a que en el punto 4.2.6 solicitan control de colimación MANUAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

### Consulta 239 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
En el punto 4.6.3 del ítem 3 donde dice Tamaño de área activa del detector de 43cm x 43cm o mayor solicitamos a la convocante modificar a Tamaño de área activa del detector de 42.5 cm x 42.5 cm o mayor la diferencia solicitada es mínima lo cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

### Consulta 240 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2023
En el punto 4.6.4 del ítem 3 donde dice Matriz de 3072 x 3072 o mayor solicitamos a la convocante modificar a Matriz de 3070 x 3070 o mayor. Cada fabricante maneja una matriz propia para el diseño de su equipo, además la diferencia solicitada es mínima, la cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

### Consulta 241 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
En el punto 4.6.8 del ítem 3 donde dice Transmisión de datos: Previsualización &#8804; 3,5 segundos. Imagen completa &#8804; 5 segundos solicitamos a la convocante modificar a Transmisión de datos: Previsualización &#8804; 3,5 segundos. Imagen completa &#8804; 7 segundos dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de rayos X fijo y lo normalmente aceptado por los médicos, además la diferencia solicitada es mínima, la cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

### Consulta 242 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
Donde dice Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo solicitamos a la convocante modificar dicho punto a Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes 90 (noventa) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

### Consulta 243 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
Donde dice "Plazo de reposición de bienes 10 (diez) días hábiles desde su notificación por escrito al proveedor" solicitamos a la convocante modificar dicho punto a "Plazo de reposición de bienes 15 (quince) días hábiles desde su notificación por escrito al proveedor " Lo solicitado se debe a que en el plazo de reposición de bienes se deben considerar: los plazos de Importación de los Bienes, el tiempo en tránsito y los procesos aduaneros realizados por terceros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

### Consulta 244 - Item 3 - Equipo de Rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
En el punto 4.6.8 del ítem 3 donde dice Transmisión de datos: Previsualización menor o igual 3,5 segundos. Imagen completa menor o igual 5 segundos solicitamos a la convocante modificar a Transmisión de datos: Previsualización menor o igual 3,5 segundos. Imagen completa menor o igual 7 segundos dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de rayos X fijo y lo normalmente aceptado por los médicos, además la diferencia solicitada es mínima, la cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

### Consulta 245 - Ítem 3 Rayos x Fijo:

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
----------	-------------------	------------

En el punto 4.1.2 donde solicita: Frecuencia mínima de 300 kHz, que sea opcional debido a que la frecuencia solicitada varía de acuerdo a la marca del equipo. De esta manera se dará mayor oportunidad de participación a los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio

### Consulta 246 - Ítem 3 Rayos x Fijo EETT PUNTOS: Rotación del tubo PUNTOS: 4.3.3 Y 4.3.

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante verificar la redacción de lo solicitado en estos puntos ya que las especificaciones no están escritas correctamente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la nueva versión del PBC

### Consulta 247 - Ítem 3 Rayos x Fijo EETT 4.4.6

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
----------	-------------------	------------

En el punto 4.4.6 Movimiento transversal de 26 cm o mayor. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con Movimiento transversal de 12cm cm o mayor y así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas y brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio

### Consulta 248 - Ítem 3 Rayos x Fijo EETT 4.5.1

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
----------	-------------------	------------

En el punto 4.5.1: Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado. Solicitamos a la Convocante modificar el Rango de recorrido vertical de 68 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio

### Consulta 249 - Plazo de entrega de bienes - Equipos de Rayos X Fijo

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante ampliar la fecha de entrega para el ítem N° 3 Equipos de Rayos X Fijo a 120 días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo debido al tiempo de fabricación y de importación del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la nueva versión del PBC

### Consulta 250 - Item 3 Rayos x Fijo

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
Solicitamos a la convocante aclarar si necesitan 1 o 2 detectores, pues en la redacción actual no especifica cuantos detectores deben incluirse en la oferta y considerando el valor de los detectores la cantidad requerida no debe prestarse a interpretaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

### Consulta 251 - Item 3 Rayos x Fijo

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
Solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos con rango de mAs de 0,5 o menor a 600 o mayor considerando que valores muy bajos de mAs no son generalmente utilizados en la práctica diaria y que con esto se estaría ampliando el abanico de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

### Consulta 252 - Item 3 Rayos x Fijo

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
Solicitamos amablemente a la convocante permitan cotizar equipos con Frecuencia máxima del invertir de 50kHz o superior considerando que este parámetro es un criterio de diseño del fabricante que no afecta a la calidad de la radiación producida y por ende a la calidad de imagen. Es de considerar que tal como está redactado actualmente este requisito solicita frecuencia una frecuencia mínima muy elevada, que más bien podría considerarse un parámetro máximo requerido, solicitamos amablemente verificar la redacción de este requisito.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

### Consulta 253 - Item 3 Rayos x Fijo

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
En el punto donde solicitan Bucky mural con Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos, con movimiento manual y freno electromagnético, considerando que la opción motorizada lo único que aporta es mayor complejidad y mayor posibilidad de falla además de encarecer el equipo sin aportar una utilidad práctica real.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

## Consulta 254 - Item 3 Rayos x Fijo

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
<p>En el punto donde solicitan Bucky mural con Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos, con movimiento manual y freno electromagnético, considerando que la opción motorizada lo único que aporta es mayor complejidad y mayor posibilidad de falla además de encarecer el equipo sin aportar una utilidad práctica real.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
<p>Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio</p>		

## Consulta 255 - Consultas realizadas

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
<p>Solicitamos a la convocante justificar sus respuestas y no limitarse a un lacónico atenerse al pliego, pues parecería que ni siquiera se han tomado el tiempo en analizar las consultas presentadas por los diferentes potenciales oferentes. Las consultas cuando solicitan alguna aclaración es porque no quedó claro lo especificado en el pliego, diferente es el caso cuando se solicita cambios de especificaciones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
<p>Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio</p>		

## Consulta 256 - Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
<p>Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad            Características            En una parte de las Especificaciones Técnicas dice:Sistema para fijación de cada monitor: montaje de pared con canastilla para accesorios, original de la misma fábrica del monitor.            Solicitamos a la convocante permitir cotización de fabricacion nacional, debido del alto costo que implica el original-            De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Sistema para fijación de cada monitor: montaje de pared con canastilla para accesorios, de producción nacional u original de la misma fábrica del monitor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
<p>Remitirse a la nueva versión del PBC</p>		

## Consulta 257 - Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
<p>Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad            ECG            En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Posibilidad de despliegue simultáneo de hasta 7 derivaciones.            Solicitamos a la convocante permitir cotización de 3 y 5 derivaciones            De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Posibilidad de despliegue simultáneo de 3 derivaciones como mínimo y 7 derivaciones como máximo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
<p>Remitirs al PBC</p>		

## Consulta 258 - Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad SPO2: En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Rango de medición y alarma: 20 a 300 lpm Solicitamos a la convocante permitir cotización con variación de +-5 De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Rango de medición y alarma: 20 (+-5) a 300 lpm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse al PBC		

## Consulta 259 - Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Tendencias gráficas y numéricas de 1000 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa Solicitamos a la convocante permitir cotización de menos horas. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Tendencias gráficas y numéricas de 120 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse al PBC		

## Consulta 260 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
En el PBC en la sección CAPACIDAD TÉCNICA. El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: 2. Habilitación vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPYBS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos. Solicitamos a la Convocante corregir la denominación de este documento, Debe decir: 2- Autorización de Apertura y Funcionamiento como: Importadora de Dispositivos médicos, Materiales Cortopunzantes y Equipos de Protección Individual (Clase I, Clase II, Clase III, Clase IV) emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria DINAVISA dependiente del MSPYBS debidamente vigente o presentar la Constancia en trámite de renovación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

## Consulta 261 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
En el PBC en la sección CAPACIDAD TÉCNICA. El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: 3. Habilitación vigente del Servicio Técnico de Equipos Médicos, habilitado por DINAVISA. Solicitamos a la Convocante corregir la denominación de este documento, Debe decir: Autorización de Apertura y Funcionamiento como: Servicio de Mantenimiento Técnico de Dispositivos Médicos, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria DINAVISA dependiente del MSPYBS debidamente vigente o presentar la Constancia en trámite de renovación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

## Consulta 262 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
Solicitamos a la Convocante exigir a todos los Oferentes: Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS conforme lo establece la LEY 4659/12, reglamentado por la RES. S.G. 669/2016.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

## Consulta 263 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
Solicitamos a la Convocante exigir a todos los Oferentes: Autorización Servicio de Reparación y mantenimiento a Equipos generadores de Radiación Ionizante. Categoría III y IV.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

## Consulta 264 - Item 3 Adecuación Edilicia

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
Se consulta a la Convocante si dentro de las adecuaciones de sala el proveedor adjudicado deberá incluir un vestidor. Es preciso aclarar, pues esta información es necesaria para la obtención del precio de la oferta. En caso afirmativo, se solicita a la Convocante, indicar el lugar que sería destinado para este, teniendo en cuenta que las dimensiones de la sala para el equipo son pequeñas .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Se aclara que se solicitó visita tecnica		



## Consulta 265 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante exigir a todos los Oferentes: Autorización emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) de Técnicos Operacionalmente Expuestos (TOE) para el plantel técnico que realizará los mantenimientos

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la nueva versión del PBC

## Consulta 266 - Item 3 Adecuación Edilicia

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita a la Convocante poner a disposición de los oferentes, los planos de la sala, con los detalles técnicos, datos de protección radiológica con la que cuenta actualmente la sala, de modo a la planificación del proyecto y obtención de costos de este para ofertar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
-----------	--------------------	------------

Se aclara que se solicitó visita técnica

## Consulta 267 - Item 3 Adecuación Edilicia

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
----------	-------------------	------------

Se consulta a la Convocante si dentro de las adecuaciones de sala el proveedor adjudicado deberá proveer el mobiliario donde estarán la consola, teclado, monitor, computadora, etc., del equipo. Lo solicitado obedece a que es necesario que los oferentes cuenten con la información para la obtención del precio de su oferta. -

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
-----------	--------------------	------------

Se aclara que se solicitó visita técnica

## Consulta 268 - Item 3 Adecuación Edilicia

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita a la Convocante aclarar que la alimentación eléctrica desde la subestación o tablero general, hacia el tablero del equipo será proveído por el Hospital. - Debido a que la información concerniente a la capacidad técnica eléctrica disponible en las distintas áreas del hospital, como transformadores y generadores, está directamente gestionada por el Hospital. -

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
-----------	--------------------	------------

Se aclara que se solicitó visita técnica

## Consulta 269 - Item 3 Adecuación Edilicia

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita a la Convocante establecer el procedimiento de aprobación de planos en el caso que en el marco de las adecuaciones de sala de rayos x o sala de comando se necesiten hacer cambios estructurales como, por ejemplo: demolición de paredes para ampliar las dimensiones de la sala.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
-----------	--------------------	------------

Se aclara que se solicitó visita técnica

## Consulta 270 - Item 3 Adecuación Edilicia

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
Se solicita a la Convocante aclarar que el cableado de la red de datos hasta la sala de comando del equipo de rayos es de responsabilidad del hospital, pues es la entidad que tiene acceso a la base de datos completa con las características y disponibilidad de la red asignada a los equipos., por lo que resulta fundamental que este sea el encargado de gestionar la provisión de internet hasta la sala asegurando así la correcta y eficiente distribución de la red, un acceso fiable a los equipos médicos y permitiendo una coordinación efectiva de los servicios en beneficio de los pacientes y el personal médico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Se aclara que se solicitó visita técnica		

## Consulta 271 - Item 3 Adecuación Edilicia

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
Se solicita a la Convocante establecer que el plazo máximo para el desmontaje y retiro del Equipo de RX fijo instalado en la sala a ser destinada a la sala de Rayos sea de 30 días. Lo solicitado obedece a que los trabajos de adecuación edilicia contemplados en el ítem 3, deben realizarse con al menos 90 días de antelación a la entrega del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Se aclara que se solicitó visita técnica		

## Consulta 272 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2023
En el PBC en la sección CAPACIDAD TÉCNICA. El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: 4. Presentar certificados y/o constancias de haber participado en cursos de entrenamiento, capacitación y familiarización del equipo ofertado y sus programas del personal técnico de la empresa emitida por el fabricante de la marca ofertada. Se solicita a la Convocante establecer que los certificados y/o constancias de cursos de entrenamiento sean en la modalidad del equipo ofertado o de equipos de mayor complejidad. Ejemplo: Para equipos de RX la modalidad ofertadas es Radiología y equipos de mayor complejidad sería por ejemplo mesas telecomandadas y/o tomógrafos computarizados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio		

## Consulta 273 - 5.12 Equipo con movimiento de elevación puente renal de 11 cm o mayor

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
En el punto donde dice: 5.12 Equipo con movimiento de elevación puente renal de 11 cm o mayor. Se consulta amablemente a la convocante si es posible colocar este punto como OPCIONAL ya que la convocante puede ahorrar más dinero en la adquisición de este producto pidiendo solamente los cojines (entre los accesorios) que son para el tipo de cirugía correspondiente a este punto donde se solicita el puente renal. Además, se podrá permitir mayor participación de oferentes. 5.12 Equipo con movimiento de elevación puente renal de 11 cm o mayor (OPCIONAL)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC		

## Consulta 274 - En el punto PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, para el ítem 1 (Mesa quirúrgica)

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
En el punto PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, para el ítem 1 (Mesa quirúrgica) se consulta amablemente a la convocante si es posible modificar este punto a por lo menos 90 días luego de la entrega del anticipo. Esto debido al tamaño del equipo y las cantidades, necesariamente se debe producir e importarlos y esto demora al menos la cantidad de 90 días. Con esta modificación también se puede considerar un ahorro importante para la convocante en la adquisición de los equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

## Consulta 275 - En el punto PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2023
En el punto PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, para el ítem 1 (Mesa quirúrgica) se consulta amablemente a la convocante si es posible modificar este punto a por lo menos 90 días luego de la entrega del anticipo. Esto debido al tamaño del equipo y las cantidades, necesariamente se debe producir e importarlos y esto demora al menos la cantidad de 90 días. Con esta modificación también se puede considerar un ahorro importante para la convocante en la adquisición de los equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

## Consulta 276 - EETT ÍTEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
Donde dice:  5.5.2 Modos para la toma de presión: Manual, Automático, Continuo. Intervalo de medición en modo automático 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240 y 480 min  Se consulta si se aceptarán los intervalos en el modo automático > 1 min, 2 min, 2,5 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h, 4 h, 8 h		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

## Consulta 277 - EETT ÍTEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
Donde dice: 4.8. Tendencias gráficas y numéricas de 1000 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa.  Se consulta si las tendencias gráficas y numéricas podrían ser de 120 hrs. de tendencias con la posibilidad de guardar 1000 eventos de alarmas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse al PBC		

## Consulta 278 - EETT ÍTEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
Donde dice: 5.4 Modos para la toma de presión: manual y automática a tiempos de intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, y 480 minutos  Se consulta si se aceptarán los intervalos en el modo automático > 1 min, 2 min, 2,5 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h, 4 h, 8 h.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

## Consulta 279 - Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Sistema para fijación de cada monitor: montaje de pared original de la misma fábrica. Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Monitor con Sistema para fijación de cada monitor o Soporte de pared de fabricación nacional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

## Consulta 280 - Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Tendencias gráficas y numéricas de 1000 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa Solicitamos a la convocante permitir cotización de menos horas. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Tendencias gráficas y numéricas de 120 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
rEMITIRSE AL pbc		

## Consulta 281 - Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad SPO2: En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Rango de medición y alarma: 20 a 300 lpm Solicitamos a la convocante permitir cotización con variacion de +-5 De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Rango de medición y alarma: 20 (+-5) a 300 lpm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse al PBC		

## Consulta 282 - Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad SPO2: En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Rango de medición y alarma: 20 a 300 lpm Solicitamos a la convocante permitir cotización con variación de +-5 De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Rango de medición y alarma: 20 (+-5) a 300 lpm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse al PBC		

## Consulta 283 - Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Tendencias gráficas y numéricas de 1000 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa Solicitamos a la convocante permitir cotización de menos horas. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Tendencias gráficas y numéricas de 240 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

## Consulta 284 - Item 6 Monitor multiparamétrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
En el punto 4.13 se ha puesto el registrador como opcional, sin embargo este pedido se repite en el punto 4.21: Registrador integrado que imprime hasta 3 canales de información, velocidad de papel 25, 50mm/s, solicitamos se puedan ofertar Registrador integrado que imprime hasta 3 canales de información, velocidad de papel 25 mm/s, por lo que solicitamos se considere también en este punto como opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse al PBC		

## Consulta 285 - Item 7 - Monitor Multiparamétrico de Alta Complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
Donde solicitan: Tendencias gráficas y numéricas de 1000 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa, solicitamos se puedan ofertar monitores con tendencias gráficas y numéricas de 168 hs., con eventos de alarma 128 grupos con sus ondas respectivas, eventos de arritmia 128 grupos con sus ondas respectivas y 1000 grupos de medición de presión no invasiva.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse al PBC		

## Consulta 286 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
<p>Con relación al plazo de entrega de 30 días señalado para el ítem 3 Equipo de Rayos X Fijo, solicitamos e insistimos amablemente a la convocante aumentar dicho periodo a al menos 90 días. Esto considerando que este tipo de equipos ocupa al menos 30 a 45 días de fabricación y luego aproximadamente la misma cantidad de días en el transito desde origen hasta nuestro país, incluyendo el tiempo que se espera para despachar en nuestra aduana. Por lo manifestado, solicitamos se considere el plazo de 90 días para la entrega del ítem 3 Equipo de Rayos X Fijo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
<p>Remitirse a la nueva versión del PBC</p>		

## Consulta 287 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
<p>En el ítem 4.2.6 donde dice Control de colimación manual con luz de localización LED solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de equipos con colimador con luz de localización halógena, considerando que al momento de reemplazo de la lampara se encuentra de manera local el reemplazo de la misma por lámparas genéricas y compatibles, representando un costo de manuntencion bajo para la convocante. Así también se da apertura a la participación de potenciales oferentes, este pedido no afecta ni disminuye la prestaciones del equipo ni mucho menos el nivel de calidad del equipo solicitado por la convocante. Por lo expuesto solicitamos que el item quede de la siguiente manera: Control de colimación manual con luz de localización LED o halógena.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
<p>Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio</p>		

## Consulta 288 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
<p>En el ítem 4.3.2 donde dice Rango de recorrido vertical de 165 cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de recorrido vertical de al menos 140 cm o superior, este valor es más que suficiente para todo tipo de estudios a realizar con el equipo, este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
<p>Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio</p>		

## Consulta 289 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
<p>En el ítem 4.5.1 donde dice Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado solicitamos amablemente a la convocante que permita la cotización de equipos con recorrido vertical de al menos 40 cm o menor a 170 cm o mayor, este rango solicitado se encuentra en concordancia con la variedad de aplicaciones que se da al equipo para la realización de exposiciones con los pacientes y da apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Rango de recorrido vertical de 40 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
<p>Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio</p>		

## Consulta 290 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
En el ítem 4.6.4 donde dice Matriz de 3072 x 3072 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de detectores con matriz de al menos 3000 x 3072 o mayor y así dar participación a potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Matriz de 3000 x 3072 o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

## Consulta 291 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
En el ítem 4.6.5 donde dice Tamaño de píxel de 140 micras o menor solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de detectores con tamaño de píxel de al menos 145 micras o mayor y así dar participación a potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Tamaño de píxel de 145 micras o menor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

## Consulta 292 - ITEM 3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
En el ítem 4.6.6 donde dice Profundidad de digitalización de 16 bits o superior solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de detectores con profundidad de digitalización de al menos 14 bits o mayor y así dar participación a potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Profundidad de digitalización de 14 bits o superior		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

## Consulta 293 - Item 3-Equipo de rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
En el punto 4.1.2 del ítem 3 donde dice Frecuencia mínima de 300 kHz solicitamos a la convocante modificar a Frecuencia mínima de 100 kHz o mayor debido a que la mayoría de los equipos de tecnologías superiores y actualizadas tienen 100kHz (debido a que con esta frecuencia se cuenta con menor dosis de radiación recibida por el paciente e imágenes con mayor contraste, como en radiografías de tejido blando), por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional, enfocadas en la optimización de las dosis de radiación absorbida por el paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

### Consulta 294 - Item 3-Equipo de rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
En el punto 4.1.6 del ítem 3 donde dice Rango de mAs de 0,1 o menor a 600 o mayor solicitamos a la convocante modificar a Rango de mAs de 0,5 o menor a 600 o mayor dicho rango es estándar en la mayoría de los equipos de rayos X fijo y lo normalmente aceptado por los médicos, además la diferencia solicitada es mínima lo cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

### Consulta 295 - Item 3-Equipo de rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
En el punto 4.3.2 del ítem 3 donde dice Rango de recorrido vertical de 165 cm o superior solicitamos a la convocante modificar a Rango de recorrido vertical de 145 cm o superior. Cada fabricante maneja un rango de recorrido vertical propio para el diseño de su equipo, el cual es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, por lo que solicitamos modificar el presente punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

### Consulta 296 - Item 3-Equipo de rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
En el punto 4.3.3 del ítem 3 donde dice Rotación del tubo alrededor del eje vertical como mínimo de -180° +180° solicitamos a la convocante aclarar si lo solicitado se refiere a la rotación del soporte de columna.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

### Consulta 297 - Item 3-Equipo de rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
En el punto 4.5.1 del ítem 3 donde dice Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado solicitamos a la convocante modificar a Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado o manual, debido a que en el punto 4.2.6 solicitan control de colimación MANUAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		



### Consulta 298 - Item 3-Equipo de rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
En el punto 4.6.3 del ítem 3 donde dice Tamaño de área activa del detector de 43cm x 43cm o mayor solicitamos a la convocante modificar a Tamaño de área activa del detector de 42.5 cm x 42.5 cm o mayor la diferencia solicitada es mínima lo cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

### Consulta 299 - Item 3-Equipo de rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
En el punto 4.6.4 del ítem 3 donde dice Matriz de 3072 x 3072 o mayor solicitamos a la convocante modificar a Matriz de 3070 x 3070 o mayor. Cada fabricante maneja una matriz propia para el diseño de su equipo, además la diferencia solicitada es mínima, la cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

### Consulta 300 - Item 3-Equipo de rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
En el punto 4.6.8 del ítem 3 donde dice Transmisión de datos: Previsualización &#8804; 3,5 segundos. Imagen completa &#8804; 5 segundos solicitamos a la convocante modificar a Transmisión de datos: Previsualización &#8804; 3,5 segundos. Imagen completa &#8804; 7 segundos dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de rayos X fijo y lo normalmente aceptado por los médicos, además la diferencia solicitada es mínima, la cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

### Consulta 301 - Item 3-Equipo de rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
En el punto 6.3 del ítem 3 donde dice Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo solicitamos aclarar que la garantía no incluye daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgaste natural.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

### Consulta 302 - Item 3-Equipo de rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
Donde dice Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo solicitamos a la convocante modificar dicho punto a Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes 60 (sesenta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

### Consulta 303 - Item 3-Equipo de rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2023
Donde dice "Plazo de reposición de bienes 10 (diez) días hábiles desde su notificación por escrito al proveedor" solicitamos a la convocante modificar dicho punto a "Plazo de reposición de bienes 15 (quince) días hábiles desde su notificación por escrito al proveedor " Lo solicitado se debe a que en el plazo de reposición de bienes se deben considerar: los plazos de Importación de los Bienes, el tiempo en tránsito y los procesos aduaneros realizados por terceros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

### Consulta 304 - Item 1 de mesa Quirurgica

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Donde dice 3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. solicitamos muy amablemente a la convocante que este item deba incluir Normas del Mercosur		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse al PBC		

### Consulta 305 - Plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Solicitamos a la convocante que el plan de entregas quede de la siguiente manera 60 (sesenta ) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

### Consulta 306 - Plan de entrega de los bienes EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
solicitamos a la convocante modificar este punto a por lo menos 120 días hábiles luego de la entrega del anticipo esto debido que, al tamaño del equipo necesariamente se debe producir e importar y esto demora al menos de 120 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

### Consulta 307 - 4.1.2 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
----------	-------------------	------------

solicitamos a al convocante eliminar o indicar como opcional este punto Frecuencia mínima de 300 kHz ya que esta especificación es irrelevante, no tiene efecto en la calidad de estudios a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio

### Consulta 308 - 4.2.3 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con Capacidad calórica de la carcasa de 1000kHu o superior para dar oportunidad a más competencia, considerando que el parámetro que garantiza el performace térmico del tubo es la capacidad térmica del ánodo y no la tasa con que se disipa el calor la carcasa.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la nueva versión del PBC

### Consulta 309 - 4.4.6 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con Movimiento transversal de almenos 10cm o mayor , a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes debido a que esta especificación no afecta a la calidad del estudio ni es un parametro de importancia clínica.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio

### Consulta 310 - 4.5.1 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con Rango de recorrido vertical de 68 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio

### Consulta 311 - 4.6.5 EQUIPO DE RAYOS X FIJO

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante modifique las especificaciones y permita cotizar equipos con Tamaño de píxel de 139 micras o mayor", ya que un número específico se puede tomar como una parámetro dirigido a un solo fabricante o marca, dejando fuera a las demás competencias.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio

### Consulta 312 - ITEM 3 PUNTO 4.3.2

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: Rango de recorrido vertical de 165 cm o superior.  
SOLICITAMOS a la convocante permita ofertar equipos con rango de recorrido vertical de 155 cm o mayor, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio

### Consulta 313 - EETT - ITEM 3 PUNTO 4.3.2

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
----------	-------------------	------------

En el punto 4.3.2 Rango de recorrido vertical de 165 cm o mayor, solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos cuyo recorrido vertical sean de 158 cm o mayor considerando que con este valor se cubre toda la extensión del cuerpo humano en posición de bipedestación cubriendo todos los requerimientos de una sala radiográfica convencional.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio

### Consulta 314 - Especificaciones Tecnicas - Item 6 Monitor Multiparametrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
----------	-------------------	------------

Donde dice: 4.4 Manipuleo y control por pantalla táctil y mando rotatorio. Consulta: Llevando en cuenta la importancia del llamado para evaluar más ofertas de potenciales oferente, se consulta amablemente a la convocante dejar como opcional, ya que los monitores de más capacidad ya no son con mando rotatorio. De modo a no limitar la participación de los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la nueva versión del PBC

### Consulta 315 - Especificaciones Tecnicas - Item 7 Monitor Multiparametrico alta complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
----------	-------------------	------------

Donde dice: 4.16 Al menos 4 interfaz USB. Consulta: Llevando en cuenta la importancia del llamado para evaluar más ofertas de potenciales oferente, se consulta amablemente a la convocante aceptar 2 interfaz USB. De modo a no limitar la participación de los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse la nueva version del PBC

## Consulta 316 - Especificaciones Tecnicas - Item 6 Monitor Multiparametrico mediana complejidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Donde dice: 5.24 Modos para la toma de presión: manual y automática a tiempos de intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, y 480 minutos. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante aceptar Modos para la toma de presión: Manual, Auto, STAT, Secuencia Intervalo de medición en modo automático 1 minuto, 2 minutos, 2.5 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1h, 1.5h, 2h, 3h, 4h, 8h. De modo a no limitar la participación de los oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

## Consulta 317 - ITEM 3 PUNTO 4.3.2

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
DONDE DICE: Rotación del tubo alrededor del eje vertical como mínimo $-180^{\circ}$ &#12316; $180^{\circ}$ . SOLICITAMOS a la convocante permita ofertar equipos con un rango de rotación de 180 grados (+/- $90^{\circ}$ ), ya que con este rango es suficiente para cubrir todas la necesidades para la realización correcta de los estudios de imágenes, sin ninguna limitación técnica, ADEMÁS esto permitirá una mayor participación de oferentes, y evitar el direccionamiento de las especificaciones hacia alguna marca o empresa determinada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

## Consulta 318 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
"Rayos x fijo. 1 - Donde dice: 4.6.1- Detector inalámbrico o con longitud de cable detector mínimo de 6 metros. teniendo en cuenta la complejidad y flujo de trabajo en el Incan Solicitamos a la convocante requerir dos detectores Planos, esto se debe a que normalmente los equipos de esta categoría son doble detector digital uno móvil inalámbrico que va en el Bucky de la mesa y otro detector digital fijo con cable que va en el Bucky mural, con esta configuración se procede a realizar todas las exploraciones necesarias para el servicio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

## Consulta 319 - PLAN DE ENTREGA - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
SOLICITAMOS amablemente a la convocante que amplíe el plazo de entrega del equipo de rayos x fijo a al menos 90 días, debido a la naturaleza de dicha tecnología, estos, por lo general deben ser fabricados según especificaciones solicitadas por el cliente y esto por lo menos toma 15 a 21 días y a esto se le debe adicionar el periodo del flete que por el precio referencial debe ser marítimo, y cualquier flete marítimo desde Europa o USA tomaría al menos 60 días. Además se debe tener en cuenta que estos equipos por su naturaleza deben contar con permisos especiales para su transporte y liberación aduanera. La única manera de cumplir con los plazos de entrega actuales es teniendo el equipo en STOCK localmente, lo que implica una clara ventaja competitiva y un direccionamiento hacia una empresa determinada, lo cual viola el principio de igualdad de competencia, estipulado en la ley de contrataciones publicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

## Consulta 320 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Rayos X fijo En el punto 4.6.1 Detector inalámbrico o con longitud de cable detector mínimo de 6 metros. Solicitamos a la Convocante Solicitar equipos con doble detector alámbrico e inalámbrico para garantizar el tiempo de adquisición, fin de brindar mayor capacidad de prestación en el servicio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

## Consulta 321 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
"3-Donde dice: 4.5.1 Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado, solicitamos a la convocante requerir que solicitado realice seguimiento automatico del bucky mural y el tubo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

## Consulta 322 - Item 3-Equipo de rayos X fijo

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Solicitamos a la convocante analizar y responder técnicamente las consultas de todos los oferentes, pues en la última adenda para el ítem 3, se modificaron varios parámetros constructivos solicitados solo por algunos oferentes, restringiendo aun la participación de otros potenciales oferentes, por características constructivas que también podrían ser ampliadas de manera a permitir mayor participación de marcas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		

## Consulta 323 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2023
Item 3 Rayos X Fijo Mesa del Paciente Las especificaciones técnicas necesarias son de equipos con características especiales, para usos en pacientes con movilidad limitada por ejemplo en camillas y sillas de rueda teniendo en cuenta la calidad del servicio tanto desde el personal encargado de realizar los estudios y del punto de vista del paciente solicitamos a la convocante que requiera equipos con elevación eléctrica de la mesa. De esta manera y con el presupuesto asignado contara con equipos de primera calidad tanto en tecnologías y prestaciones al momento de realizar los estudios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		

## Consulta 324 - Especificaciones Tecnicas

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	25-10-2023
ITEM 7 donde dice 10 tipos de cálculos de dosis de medicamentos solicitamos a la convocante aceptar equipos con 6 tipos de calculos de dosis de medicamentos considerando cantidad suficiente para el uso de la funcion y permitir dar participacion a mayor cantidad de oferentes		
<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	27-10-2023
Remitirse a la nueva versión del PBC		