

Consultas Realizadas

Licitación 420475 - LPN N° 05/2023 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA FORTALECER Y AMPLIAR LA COBERTURA DE ESTUDIOS CARDIOVASCULARES"

Consulta 1 - Ítem N° 3 Sistema de Monitorización de la tensión Arterial

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
En una parte de las Especificaciones técnicas del Ítem N° 3 Sistema de Monitorización de la tensión Arterial, dice: Almacenar hasta 1000 mediciones. Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con: Almacenar 300 mediciones o mayor capacidad. -		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 2 - Ítem N° 4 Sistema de Monitorización Holter

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
En una parte de las EETT del Ítem N° 4 Sistema de Monitorización Holter, dice: Resolución de conversión de 10 bits. Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con: Resolución de conversión de 10 bits o mayor. -		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 3 - Ítem N° 4 Sistema de Monitorización Holter

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
En una parte de las EETT del Ítem N° 4 Sistema de Monitorización Holter, dice: Resolución de conversión de 10 bits. Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con: Resolución de conversión de 10 bits o mayor. -		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 4 - Ítem N° 4 Sistema de Monitorización Holter

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
En una parte de las EETT del Ítem N° 4 Sistema de Monitorización Holter, dice: Frecuencia de muestreo: 175 muestras por segundo. Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con: Frecuencia de muestreo: 175 muestras por segundo o equivalente en otra unidad de medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 5 - Ítem N° 5 ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

En una parte de las EETT del Ítem N° 5 ELECTROCARDIOGRAFO, dice: Respuesta de frecuencia 3 dB a 0,01-150 Hz o mejor Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con: Respuesta de frecuencia 3 dB a 0,05 (o menor) - 150 Hz (o mayor).

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 6 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos ampliar la entrega del ítem 6 Desfibrilador, a por lo menos 60 días corridos, a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 7 - Ítem 6 Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos indicar el o los lugares donde deberán ser instalados los equipos, considerando que dentro las especificaciones sólo se señala que debe ser instalado dentro del edificio, sin identificar el lugar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 8 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos indicar el o los lugares donde serán entregados e instalados los equipos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 9 - Inspecciones y pruebas

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos indicar el o los lugares donde se deberán realizar las inspecciones y pruebas a los efectos de determinar quienes serian los responsables de la recepción y emisión de las Actas y demás documentos pertinentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 10 - Ítem 6 Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
El software del equipo deberá incluir al menos 3 (tres) modos diferentes de guiar al rescatista para práctica efectiva de RCP. ¿Se consulta si lo solicitado corresponde al accesorio que permita guiar al usuario sobre la frecuencia, fuerza e intervalos de compresión, a los efectos de realizar un correcto procedimiento de RCP?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 11 - Ítem 6 Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Accesorios a incluir: Debe contar como mínimo con 4 escenarios de rescate predeterminados. Debe contar con un control remoto inalámbrico. Consultamos si este requisito podría ser considerado como Opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 12 - Ítem 6 Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Accesorios para Capacitación: DEA para training cantidad 5 (cinco), torsos para practica de maniobras de RCP cantidad 5 (cinco). Debe tener elevación real del tórax para la ventilación. Indicar auditivo para lograr la profundidad correcta (sistema de click). Indicador lumínico atraves de sistema de luces que indiquen el correcto ritmo de las compresiones durante el masaje cardiaco. Debe incluir pulmones plásticos cantidad 5 (Cinco). Material resistente a la suciedad y la grasa. Bolso de transporte. Consultamos si estos requisitos podrían ser considerados como Opcional, considerando que los equipos deben ser montados en sus gabinetes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 13 - Muestras (Pagina 9/63 del PBC)

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Muestras (Pagina 9/63 del PBC) En este apartado dice no aplica. Solicitamos respetuosamente que se exija la presentación de muestras para el ítem 2 Esfigmomanometro o tensiómetro, para que el Convocante pueda constatar que la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas que solicita el PBC, en especial las relevantes, tales como Sensor de Ajuste correcto del manguito; detector de arritmia, etc. En licitaciones, de mucho tiempo atrás, fueron adjudicados Esfigmomanometros que no cumplían con estas y otras especificaciones técnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 14 - Muestras (Pagina 9/63 del PBC)

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Muestras (Pagina 9/63 del PBC) En este apartado dice no aplica. Solicitamos respetuosamente que se exija la presentación de muestras para el ítem 2 Esfigmomanometro o tensiómetro, para que el Convocante pueda constatar que la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas que solicita el PBC, en especial las relevantes, tales como Sensor de Ajuste correcto del manguito; detector de arritmia, etc. En licitaciones realizadas por otras entidades, fueron adjudicados Esfigmomanómetros que no cumplían con estas y otras especificaciones técnicas, por lo que sería prudente que el Convocante tome la decisión de solicitar muestra para este ítem, a fin de realizar la correcta adjudicación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 15 - Ítem 1 - Equipo de Ergometria

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Ítem 1 - Equipo de Ergometria Donde dice: Filtro de pasa bajo de 40 Hz Se solicita a la convocante permita: Filtro de pasa bajo de 40 Hz o mayor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 16 - Ítem 1 - Equipo de Ergometria

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Ítem 1 - Equipo de Ergometria Donde dice: Registro en impresora térmica Solicitamos a la convocante este punto sea OPCIONAL, pues en líneas más adelante en las especificaciones técnicas se solicita 01) Una Impresora laser blanco y negro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 17 - Ítem 1 - Equipo de Ergometria

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Ítem 1 - Equipo de Ergometria Donde dice: Capacidad de elevación al menos desde 0 a 25% Se solicita a la convocante permita: Capacidad de elevación al menos desde 0 a 22% o mayor rango		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 18 - Ítem 1 - Equipo de Ergometria

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Ítem 1 - Equipo de Ergometria
Donde dice: Superficie de la banda al menos 55cm de ancho por 155 cms de largo. (+/- 5cm)
Se solicita a la convocante permita: Superficie de la banda al menos 55cm de ancho por 155 cms de largo. (+/- 10cm)

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 19 - Ítem 1 - Equipo de Ergometria

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Ítem 1 - Equipo de Ergometria
Donde dice: Debe disponer de doble Botón de parada
Se solicita a la convocante permita: Debe disponer de Botón de parada, (OPCIONAL doble botón)

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.-

Consulta 20 - Ítem 1 - Equipo de Ergometria

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Ítem 1 - Equipo de Ergometria
Donde dice: Debe soportar un peso de 220Kg o superior
Se solicita a la convocante permita: Debe soportar un peso como mínimo de 150Kg o superior

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.-

Consulta 21 - Ítem 1 - Equipo de Ergometria

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Ítem 1 - Equipo de Ergometria
Donde dice: Protocolos definidos por usuario, hasta 100 protocolos
Se solicita a la convocante permita: Debe contar con Protocolos pre-establecidos y con protocolos definibles por el usuario.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 22 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
<p>Plan de entrega de los bienes: Dentro de los 30 (treinta) días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.</p> <p>Sugerimos a la convocante extender el plazo de entrega a 90 (noventa) días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.</p> <p>Teniendo en cuenta que los equipos solicitados en el presente llamado deben ser importados y esto conlleva unos plazos extensos de fabricación y envío.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 23 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
<p>El PBC establece: "Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar la experiencia en provisión de EQUIPOS MÉDICOS a través de copias de Contratos y/o Facturaciones de Ventas por un 25 % (VEINTE Y CINCO) por ciento de lo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2019, 2020, 2021. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado."</p> <p>Solicitamos a la Convocante establecer como requisito de Experiencia, que el oferente demuestre por medio de Contratos y/o Facturas la provisión de equipos médicos de la misma naturaleza que los ítems ofertados en el proceso de licitación, a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2019, 2020, 2021. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 24 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
<p>Se solicita a la Convocante que se solicite Copia de Contratos y/o Facturas que avalen la experiencia requerida en la provisión de equipos médicos de la misma naturaleza que los ítems ofertados en este proceso de licitación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 25 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
<p>Solicitamos a la Convocante permitir la presentación del Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Fabricantes, Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por D.N.V.S. - M.S.P. Y B.S., vigente, o constancia en trámite de renovación, teniendo en cuenta el tiempo que se demora la Entidad Reguladora en la emisión de los Certificados.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 26 - Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita a la Convocante estipular el pago de anticipo.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.-

Consulta 27 - Acta de recepción

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Teniendo en cuenta que el Acta de recepción definitiva es un documento indicador del cumplimiento de contrato, por ende habilitante para la solicitud de pago por parte del Proveedor, se solicita establecer un plazo máximo de 5 días hábiles para la emisión del Acta.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 28 - Ítem 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

En el ítem de Accesorios a incluir: Debe contar como mínimo con 4 escenarios de rescate predeterminados. Debe contar con un control remoto inalámbrico.
Un juego de parches para poder realizar las compresiones torácicas
Solicitamos amablemente a la convocante explicar a qué se refiere con 4 escenarios de rescate predeterminados y considerar el control remoto inalámbrico y el juego de parches como opcionales, de forma a permitir la participación de mayor cantidad de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 29 - Ítem 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

En el ítem Debe tener elevación real del tórax para la ventilación. Indicar auditivo para lograr la profundidad correcta (sistema de click)
Solicitamos amablemente a la convocante considerarlo como opcional, de forma a permitir la participación de mayor cantidad de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 30 - Ítem 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
En el ítem Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de, al menos 3 niveles crecientes de energía. Solicitamos amablemente a la convocante considerar desde al menos 2 Niveles de energía de descarga, de forma a permitir la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 31 - Ítem 1 Equipo de Ergometría

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Donde dice: Registro en Impresora térmica Solicitamos diga: Registro en Impresora térmica, solicitamos diga Registro en Impresora térmica o con impresora laser, de esta manera la institución no depende de los papeles de una marca determinada, sino que los informes se podrán imprimir en cualquier tipo de papel		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 32 - Ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Donde dice Tiempo de arranque Menos de 7 segundos o menor solicitamos que este punto sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 33 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Donde dice: La razón de muestreo debe ser de 32.000 muestras/seg/canal o mejor solicitamos diga La razón de muestreo debe ser de 8000 muestras/seg/canal o mejor para dar mayor participación a los oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 34 - Item 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice "El Equipo deberá incluir un software que permita descargar el evento reciente y poder analizar el ECG y la maniobra de RCP del mismo." solicitamos a la convocante modificar este apartado, expresándolo como "El Equipo deberá incluir un software que permita descargar el evento reciente y poder analizar el ECG". Asimismo, se solicita eliminar o establecer como opcional el requerimiento de almacenamiento de la maniobra de RCP, debido a que la gran mayoría de este tipo de equipos guían al usuario durante todo el proceso de RCP, por lo que el RCP se realiza en base a las indicaciones que da el mismo equipo, motivo por el cual muchos fabricantes no almacenan esa información. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de un mayor número de oferentes potenciales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 35 - Item 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

"Donde dice: ""Se deberá entregar 1 par de electrodos para adultos (De al menos cinco años de vida útil) y 1 par de electrodos pediátricos"" solicitamos a la convocante que este apartado sea expresado de la siguiente manera "" Se deberá entregar un (1) par de electrodos para adultos y pediátricos, de al menos 2 (dos) años de vida útil"" El parámetro solicitado es el estándar en la mayoría de los desfibriladores, debido a que los parches de electrodos tienen un gel que actúa como agente aglutinante, lo que es crucial para poder utilizar el desfibrilador de forma eficaz. Sin el gel, los parches pueden desplazarse y no adherirse al paciente, y el análisis del DEA y los tratamientos no tendrán la precisión necesaria. Con el tiempo la capa de gel adhesivo comienza a secarse hasta un punto en el cual no se adhiere más firmemente al paciente. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de garantizar la correcta adhesión de los parches al paciente y que el tratamiento sea preciso, permitiendo así la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales. Asimismo, solicitamos 1 par de electrodos para adultos y pediátricos, pues varios fabricantes de reconocida marca nacional e internacional cuentan con parches que ya funcionan tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos. Un mismo parche para los dos."

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 36 - Item 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

"Donde dice: ""Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de, al menos 3 niveles crecientes de energía. 2 Batería no recargable con autonomía de al menos 5 años o más de 250 shocks continuos o alternados. (Se valorara que las baterías puedan ser adquiridas localmente y puedan ser reemplazadas por el usuario). Solicitamos a la convocante aclarar:
1. Si los niveles crecientes de energía se refieren a las modalidades principales de energías de descarga. Si se refiere a lo mencionado solicitamos a la convocante modificar a ""Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de, al menos 2 niveles crecientes de energía"". Tanto para pacientes adultos como pediátricos.
2. Asimismo, Se consulta si el equipo puede contar con capacidad de 180 shocks continuos, a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales. Cabe destacar que la batería puede ser reemplazable fácilmente y es provista por nuestra empresa (representante de la marca)"

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.-

Consulta 37 - Ítem 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Donde dice: "Dispositivo con protección IP 55 o superior. Alerta lumínica y/o sonora de electrodo desconectado y tipo de electrodo instalado. Garantía de al menos 7 (siete) años desde la fecha de recepción definitiva de los equipos" Solicitamos a la convocante modificar este punto a "Dispositivo con protección IP 55 o superior. Alerta lumínica y/o sonora de electrodo desconectado y tipo de electrodo instalado. Garantía de al menos 5 (cinco) años desde la fecha de recepción definitiva de los equipos" Dicho parámetro solicitado es el estándar en la mayoría de los fabricantes de reconocida marca nacional e internacional, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 38 - ÍTEM 3 SISTEMA DE MONITORIZACION DE LA TENSION ARTERIAL

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Donde dice Técnica oscilométrica, recomendamos diga Técnica oscilométrica y auscultatoria combinadas ya que esto asegura una correcta medición de la presión incluso cuando el paciente está en movimiento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 39 - Ítem 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Donde dice: "El software del equipo deberá incluir al menos 3 (tres) modos diferentes de guiar al rescatista para práctica efectiva de RCP" solicitamos a la convocante aclarar a qué se refiere con 3 modos de guiar al rescatista.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 40 - Ítem 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Donde dice: "Cada DEA deberá contar con su propio gabinete señalado y deberá contar con alarma visual y sonora y un sistema de envío de mensajes de alerta, además de todo lo necesario para su instalación dentro del edificio, medidas aproximadas de 44 cm x 22 cm, material Melamina de buena calidad" Se consulta a la convocante aclarar a qué se refiere con sistema de envío de mensajes de alerta. Especificar a donde y de qué manera sería el envío solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 41 - ÍTEM 3 SISTEMA DE MONITORIZACION DE LA TENSION ARTERIAL

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Donde dice: Medición oscilométrica con desinflado en etapas, recomendamos diga: Medición oscilométrica y auscultativa con desinflado en etapas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 42 - Item 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Donde dice: "Accesorios a incluir: Debe contar como mínimo con 4 escenarios de rescate predeterminados. Debe contar con un control remoto inalámbrico. Un juego de parches para poder realizar las compresiones torácica" Solicitamos a la convocante aclarar si lo solicitado se refiere al Desfibrilador de entrenamiento, y si es así, solicitamos poner este punto como opcional, debido a que solamente los desfibriladores de entrenamiento tienen control remoto inalámbrico y escenarios de rescate.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 43 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Donde dice: Alimentación con 2 baterías alcalinas de 1.5V (AA) solicitamos diga : Alimentación con 2 baterías alcalinas de 1.5V (AA) o bateríaa recargables		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 44 - Item 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Donde dice "El equipo debe indicar: Si los parches están colocados de forma correcta. Si las compresiones son buenas o se debe presionar más fuerte (en el momento del masaje cardiaco); Nivel de carga de Batería.". Solicitamos a la convocante poner este punto como opcional, a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes potenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 45 - Item 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: "FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA: Dentro de los 30 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor" solicitamos a la convocante modificar a "FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA: Dentro de los 30 días hábiles, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor"

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 46 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Accesorios: 02 (dos) baterías alcalinas de tipo AA o AAA Frecuencia de medición programable. Solicitamos diga 02 (dos) baterías alcalinas de tipo AA o AAA o baterías recargables

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 47 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Descargar al computador a través de un lector de memoria removible
 Solicitamos diga Descargar al computador a través de un lector de memoria removible o a través de USB

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 48 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Almacenar 1000 mediciones, solicitamos diga: Almacenar 400 mediciones o mas

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 49 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Histogramas de Presión:
 Sistólica, Diastólica, media y Pulso, frecuencia cardiaca y doble producto,
 solicitamos diga: Histogramas de Presión:
 Sistólica, Diastólica, media y Pulso, frecuencia cardiaca

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 50 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Donde dice: Graficos de Tendencias de Presión: Sistólica, Diastólica, media y Pulso, frecuencia cardiaca y doble producto, solicitamos diga: Gráficos de Tendencias de Presión Sistólica, Diastólica, media y Pulso, frecuencia cardiaca		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 51 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Donde dice: Tabla de 24hs. con los valores de Presión: Sistólica, Diastólica, Media y Pulso, Frecuencia Cardiaca y Doble Producto, solicitamos diga: Tabla de 24hs. con los valores de Presión: Sistólica, Diastólica, Media y Pulso, Frecuencia Cardiaca		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 52 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Donde dice: Grabación en Tarjeta de memoria Secure Digital extraíble para el almacenamiento de las mediciones de la presión arterial o en memoria interna o a través de USB		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 53 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Donde dice Lector de memoria SD, solicitamos diga Lector de memoria SD, si el equipo lo requiere		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 54 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Solicitan Posibilidad de que el paciente genere mediciones manuales, solicitamos que este punto sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 55 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Posibilidad de almacenar varios estudios en una tarjeta de memoria sin necesidad de descargar al computador. Solicitamos que este punto sea opcional o se elimine ya que por normativa no se deben tener varios estudios en una misma memoria para evitar que haya confusiones de resultados

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.-

Consulta 56 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Dentro de los 30 días corridos posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor, solicitamos diga: Dentro de los 60 días corridos posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 57 - Item 1 EQUIPO DE ERGOMETRÍA

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Para el Item 1 EQUIPO DE ERGOMETRÍA Sistema de Ergometría completo que incluye: PC validada por el fabricante con software de análisis de ECG en reposo y de esfuerzo con detección de arritmias montado en carro de transporte ligero y compacto, modulo de adquisición de ECG inalambrico y cinta caminadora

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 58 - Precio referencial ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

El precio referencial de este ítems esta muy por debajo del referencial ya que estan solicitando un equipo ergonómico con modulo de ecg inalambrico y la cinta caminadora, todo este equipo en el mercado privado ronda por los 525.000.000 por lo tanto el precio referencia esta muy por debajo de lo estipulado, también utilizaron llamados muy viejos para sus precios referenciales

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 59 - Item 1 EQUIPO DE ERGOMETRÍA

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Para el Item 1 Equipo de Ergometria: las especificaciones técnicas estan guiadas para uso de cardiopulmonar y no así exclusivo para cardiología, favor aclarar si seria para el servicio de Cardiología y de esta manera si podrían enviar las especificaciones que debe ser utilizado Exclusivamente para Cardiologia

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.-

Consulta 60 - Item 5 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos se haga una revisión a las especificaciones técnicas, considerando que las solicitadas en este Pliego corresponden de manera exclusiva a la marca GE modelo MAC600, si las especificaciones continúan de esta manera se estaría atentando contra la oportunidad de libre competencia amparada bajo la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 61 - Item 5 Electrocardiógrafo.

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Por favor solicitamos aclarar a qué se refiere este punto: Rango dinámico Diferencial CA}5mV, desfase CC 300 mV o mejor

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 62 - Item 5 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde piden: Resolución 4.88 μV/LSB a 500 mps o mejor, si la resolución solicitada es para la impresora, esta debe ser 8 ppm, por favor modificar

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 63 - Item 5 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Frecuencia de análisis de ECG 500 muestras/segundo (mps) o mejor. Tasa de muestreo digital 2,000 muestras/segundo/canal; solicitamos se puedan ofertar los valores de frecuencia y análisis de muestreo con los valores que cuente cada equipo y no restringir a los valores de un ECG de la marca GE

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 64 - Item 5 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Frecuencia de corte baja 0,01 Hz; 0,02 Hz; 0,16 Hz o 0,32 Hz (limites -3 dB), solicitamos se revise esta especificación porque no coincide con los valores normales, sugerimos poner: 75Hz,100Hz,150Hz, 200Hz, Apagado

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 65 - Item 5 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Donde piden: Frecuencia de corte alta Configurable a 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz o 150 Hz, solicitamos se puedan ofertar equipos con frecuencia de corte alta encendida o apagada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 66 - Item 5 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Donde solicitan: Filtro de CA adaptable 47 Hz a 53 Hz, solicitamos respetuosamente se puedan ofertar electrocardiógrafos con filtro de CA adaptable 50 a 60 Hz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 67 - Item 5 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Donde solicitan: Almacenamiento de ECG en formato *.XML, *. PDF, *.DCM, *.ECG, *.SCP de los estándares aECG, DICOM, ISHNE, MUSE-XML, OmronECG, SCP-ECG, por favor considerar las extensiones de archivos con las que cuentan los equipos a ser ofertados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 68 - Item 5 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Considerar este punto como OPCIONAL: Software Admite la medición con el programa de análisis de ECG y capacidad de importar todos formatos de los archivos del ECG para análisis y mediciones con soporte y exportación en formato de imagen .BMP, .JPG, .PNG y otros compatibles. Compatible para sistema operativo con Windows o Linux, provisión del instalador y llaves si corresponde		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 69 - Item 6 Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Las características solicitadas para este desfibrilador no son propias de un desfibrilador DEA, el mismo debe ser lo más sencillo posible para permitir un fácil acceso a un personal sin formación médica a realizar la resucitación en caso necesario, por lo que el equipo DEA debe contar con instrucciones de voz claras y precisas y la menor cantidad de comandos posibles, la interpretación del ECG la debe realizar el propio DEA a través de la paleta y sin necesidad de pantalla o cables para ECG. Además consideramos que estas especificaciones son propias de una marca en particular por lo que atentan contra la libre participación de posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 70 - Item 6 Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	30-11-2022
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos sean reemplazadas las especificaciones técnicas para que puedan ofertarse equipos DEA, con suficiente autonomía del operador del mismo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 71 - ITEM 5: ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2022
Donde dice: Teclado tipo membrana con respuesta táctil y opción a teclado externo. Solicitamos a la convocante permita cotizar Teclado tipo membrana con respuesta táctil y opción a teclado externo o teclado mecánico con teclas alfanuméricas y teclas de función. con el fin de contar con mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 72 - ITEM 5: ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2022
Donde Dice: Almacenamiento externo 100 o más ECG en la memoria externa (tarjeta SD) o USB. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con memoria interna 100 o mas y opcional 1000.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 73 - HOLTER

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2022
Donde dice: Software libre de Licencia incluyendo las Actualizaciones. Solicitamos excluir de las especificaciones o que sea opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 74 - HOLTER

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2022
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice: 01 (una) PC de escritorio. Cantidad: 6 unidades, solicitamos a la convocante aclarar la cantidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 75 - ITEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante permita cotizar Almacenamiento de mediciones a través de una memoria SD.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 76 - ítem 3 - sistema de motorización de la tensión arterial

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2022
-----------------	--------------------------	------------

solicitamos a la convocante permita cotizar Almacenamiento de mediciones a través de una memoria SD

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 77 - ítem 3 - sistema de motorización de la tensión arterial

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2022
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante permita cotizar equipo con Descargas Directamente del holter por cable.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 78 - ítem 3 - sistema de motorización de la tensión arterial

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2022
-----------------	--------------------------	------------

Software Libre de Pago de Licencia y Actualizaciones. Solicitamos excluir de las especificaciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.-

Consulta 79 - ítem 3 - sistema de motorización de la tensión arterial

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2022
-----------------	--------------------------	------------

Donde dice: 01 (una) PC de escritorio. Cantidad: 6 unidades, solicitamos a la convocante aclarar la cantidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 80 - Ítem 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2022
Donde dice: Accesorios a incluir: Debe contar como mínimo con 4 escenarios de rescate predeterminados. Debe contar con un control remoto inalámbrico. Un juego de parches para poder realizar las compresiones torácicas Solicitamos amablemente a la convocante explicar a qué se refiere con 4 escenarios de rescate predeterminados y considerar el control remoto inalámbrico y el juego de parches como opcionales, de forma a permitir la participación de mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 81 - Precio referenciales.

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2022
Solicitamos a la convocante actualizar los precio referenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 82 - Ítem 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2022
Donde dice: Debe tener elevación real del tórax para la ventilación. Indicar auditivo para lograr la profundidad correcta (sistema de click).Solicitamos amablemente a la convocante considerarlo como opcional, de forma a permitir la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 83 - Plazo de reposición de Bienes:

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2022
solicitamos a la convocante extender el plazo de reposición de bienes a 15 días hábiles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 84 - Ítem 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2022
Donde dice: Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de, al menos 3 niveles crecientes de energía. Solicitamos amablemente a la convocante considerar desde al menos 2 Niveles de energía de descarga, de forma a permitir la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 85 - Muestras (Pagina 9/63 del PBC)

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2022
Muestras (Pagina 9/63 del PBC) En este apartado dice no aplica. Solicitamos respetuosamente que se exija la presentación de muestras para el ítem 2 Esfigmomanometro o tensiómetro, para que el Convocante pueda constatar que la muestra presentada cumple con las especificaciones técnicas que solicita el PBC, en especial las relevantes, tales como Sensor de Ajuste correcto del manguito; detector de arritmia, etc. En licitaciones realizadas por otras entidades, fueron adjudicados Esfigmomanómetros que no cumplían con estas y otras especificaciones técnicas, por lo que sería prudente que el Convocante tome la decisión de solicitar muestra para este ítem, a fin de realizar la correcta adjudicación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 86 - Inspecciones y pruebas

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2022
Solicitamos indicar el o los lugares donde se deberán realizar las inspecciones y pruebas a los efectos de determinar quienes serian los responsables de las documentaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 87 - Entrega de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2022
Solicitamos indicar el o los lugares donde serán entregados e instalados los equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 88 - Entrega de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	01-12-2022
Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega a 45 días hábiles posterior a la recepción de la orden de compra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 89 - Ítem 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	16-12-2022
<p>Donde dice: "Se deberá entregar un (1) par de electrodos para adultos y 1 par de Electrodo pediátricos, de al menos 2 (dos) años de vida útil." solicitamos a la convocante permitir ofertar equipos que cuentan con parches que ya funcionan tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos, es decir solicitamos modificar este punto a "Se deberá entregar un (1) par de electrodos para adultos y 1 par de Electrodo pediátricos, o (1) par de electrodos que sirva tanto para pacientes adultos y pediátricos, de al menos 2 (dos) años de vida útil." Lo solicitado se debe a que varios fabricantes de reconocida marca nacional e internacional cuentan con parches que ya funcionan tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos. Un mismo parche para los dos, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
<p>Ajustarse a la última versión del PBC.-</p>		

Consulta 90 - Ítem 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	16-12-2022
<p>Donde dice: "Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de, al menos 3 niveles crecientes de energía. 2 Batería no recargable con autonomía de al menos 5 años o más de 250 shocks continuos o alternados. (Se valorara que las baterías puedan ser adquiridas localmente y puedan ser reemplazadas por el usuario)". Solicitamos a la convocante modificar a "Entrega de energía: 1 Selección automática pre programada de, al menos 2 niveles crecientes de energía. 2 Batería no recargable con autonomía de al menos 5 años o más de 180 shocks continuos o alternados. (Se valorara que las baterías puedan ser adquiridas localmente y puedan ser reemplazadas por el usuario)" a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
<p>Ajustarse a la última versión del PBC.-</p>		

Consulta 91 - Ítem 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	16-12-2022
<p>Donde dice: "Dispositivo con protección IP 55 o superior. Alerta lumínica y/o sonora de electrodo desconectado y tipo de electrodo instalado. Garantía de al menos 7 (siete) años desde la fecha de recepción definitiva de los equipos" Solicitamos a la convocante modificar este punto a "Dispositivo con protección IP 55 o superior. Alerta lumínica y/o sonora de electrodo desconectado y tipo de electrodo instalado. Garantía de al menos 5 (cinco) años desde la fecha de recepción definitiva de los equipos" Dicho parámetro solicitado es el estandar en la mayoría de los fabricantes de reconocida marca nacional e internacional, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
<p>Ajustarse a la última versión del PBC.-</p>		

Consulta 92 - Item 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	16-12-2022
Donde dice: "El software del equipo deberá incluir al menos 3 (tres) modos diferentes de guiar al rescatista para práctica efectiva de RCP" solicitamos a la convocante modificar a "El software del equipo deberá incluir al menos 1 (un) modo de guiar al rescatista para práctica efectiva de RCP. Accesorios a incluir: A- Barrera de protección para insuflación. B-Guantes descartables. C- Tijera multipropósito. D- Guía de instrucciones rápidas impresa. E- Rasuradora. F- Toallita antibacterial"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 93 - Item 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	16-12-2022
Donde dice: "Accesorios a incluir: Debe contar como mínimo con 4 escenarios de rescate predeterminados. Debe contar con un control remoto inalámbrico. Un juego de parches para poder realizar las compresiones torácica" Solicitamos a la convocante aclarar si lo solicitado se refiere al Desfibrilador de entrenamiento, y si es así, solicitamos poner como OPCIONAL los 4 escenarios de rescate predeterminados y el control remoto inalámbrico, debido a que solamente los DESFIBRILADORES DE ENTRENAMIENTO tienen el CONTROL REMOTO INALÁMBRICO y los escenarios de rescate.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 94 - Item 6 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	16-12-2022
Donde dice "El equipo debe indicar: Si los parches están colocados de forma correcta. Si las compresiones son buenas o se debe presionar más fuerte (en el momento del masaje cardiaco); Nivel de carga de Batería.". Solicitamos a la convocante poner como opcional la parte donde dice que el equipo debe indicar: "Si las compresiones son buenas o se debe presionar más fuerte (en el momento del masaje cardiaco)", lo solicitado se debe a que no todas las marcas poseen dicha indicación, por lo que solicitamos que pongan este punto como opcional a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes potenciales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 95 - ITEM 3 Sistema de Monitorización de la Tensión Arterial:

Consulta	Fecha de Consulta	19-12-2022
Donde dice: Almacenamiento de mediciones a través de una memoria SD, solicitamos a la convocante se puedan ofrecer equipos con memoria interna		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 96 - ITEM 3 Sistema de Monitorización de la Tensión Arterial:

Consulta	Fecha de Consulta	19-12-2022
Donde dice: Pantalla/Display LCD color informativo, se solicita a la convocante se puedan ofrecer equipos con pantalla LCD color o monocromática, ya que esta característica no afecta el funcionamiento del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 97 - Item 4 Sistema de monitorización HOLTER:

Consulta	Fecha de Consulta	19-12-2022
Donde dice: Sobreimposición a 120X la velocidad normal. Se solicita a la convocante aclarar a que se refiere específicamente este punto o dejarlo como opcional para dar mayor participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 98 - Item 4 Sistema de monitorización HOLTER:

Consulta	Fecha de Consulta	19-12-2022
Donde dice: Permitir realizar el trazado completo de 24hs. Se solicita dejar este punto como opcional ya que no es necesaria la impresión del estudio completo sino más bien la interpretación y el informe del médico que realiza el análisis del estudio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 99 - Item 4 Sistema de monitorización HOLTER:

Consulta	Fecha de Consulta	19-12-2022
Donde dice: Pantalla/Display de información. Se solicita a la convocante dejar este punto como opcional, ya que no es una función imprescindible en este tipo de equipos y se estaría dando oportunidad a mas oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 100 - EQUIPO DE ERGOMETRÍA

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
El software debe tener la seguridad de ingreso de usuario y clave. Solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos de 1 Usuario con clave.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 101 - EQUIPO DE ERGOMETRÍA

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
El software debe tener la capacidad de asignar permisos diferentes para los diferentes usuarios. Solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos de 1 Usuario con clave.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 102 - EQUIPO DE ERGOMETRÍA

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
La razón de muestreo debe ser de 8000 muestras/seg/canal o mejor. Solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos 1000 muestras/seg/canal o mejor para mayor participación de oferente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 103 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Almacenamiento de mediciones a través de una memoria SD: Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Almacenamiento de mediciones a través de una memoria SD o Memoria Interna del Holter para mayor participación de oferente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 104 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Descargar al computador a través de un lector de memoria removable o a través de conexión USB. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con Descarga al computador a través de un lector de memoria removable o a través de conexión USB o Descarga mediante Bluetooth.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 105 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Almacenar hasta 1000 mediciones. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Almacenamiento hasta 300 mediciones o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 106 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Pantalla/Display LCD color informativo. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Pantalla/Display LCD color informativo o monocromático.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 107 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Interpretación de causas de error. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Visualización de Error en Software.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 108 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Visualización de resultados ocultable para evitar que el paciente se alarme. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Visualización de resultados ocultable para evitar que el paciente se alarme o Resultados solo visibles por Software.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.-

Consulta 109 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Programado en forma independientemente sin conectarlo al computador. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Opción carga de paciente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.-

Consulta 110 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
----------	-------------------	------------

Donde dice: Posibilidad de importar y exportar estudios. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Estudios Almacenados DB del Fabricante

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.-

Consulta 111 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Software Libre de Pago de Licencia y Actualizaciones. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Software propietario con USBKey.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 112 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Un grabador de estado sólido. Solicitamos a la convocante que dicha especificación sea opcional, para mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 113 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
EETT DICE: 01 (una) PC de escritorio. Cantidad: 6 unidades, con los componentes: Solicitamos a la convocante aclarar la cantidad o el motivo de solicitud de 6 unidades de PC, ya que esto influye en la cotización del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Cantidad de PC de escritorio: 8 unidades por el total de equipos MAPA ofertados. Se requiere esa cantidad de computadoras ya que los equipos de MAPA se estarán distribuyendo en distintos lugares.-		

Consulta 114 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Monitor color 19 LCD. Solicitamos a la Convocante permita cotizar Monitor color 18.5 LCD o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 115 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Lector de Memoria tipo SD con entrada USB. Solicitamos a la Convocante permita cotizar: Lector de Memoria tipo SD con entrada USB u Opcional el Lector.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 116 - Sistema de Monitorización de la tensión arterial.

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Que no requiera el uso de una llave o Pendrive para su utilización. Solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos con USB Key o que dicha eett sea opcional para mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 117 - Sistema de Monitorización Holter:

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Posibilidad de importar y exportar estudios en formato pdf, doc. Solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos con Posibilidad de importar o exportar estudios en formato pdf, doc.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 118 - Sistema de Monitorización Holter:

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Editor de morfología. Solicitamos a la convocante que dicha EETT se opcional para mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 119 - Sistema de Monitorización Holter:

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Software Libre de Pago de Licencia y Actualizaciones. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Software propietario con USBKey.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 120 - Sistema de Monitorización Holter:

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Lector de tarjetas de memoria SD. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con:Lector de tarjetas de memoria SD o Memoria Interna.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 121 - Sistema de Monitorización Holter:

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Tarjeta de memoria. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Tarjeta de memoria o Memoria Interna para mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 122 - Sistema de Monitorización Holter:

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Descargar la información por un lector de memoria con conexión USB. Solicitamos a la Convocante permita cotizar equipos con: Descargar de la información por un lector de memoria con conexión USB o Descarga desde Dispositivo via Cable USB.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 123 - Item 1 Equipo de Ergometría

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: La razón de muestreo debe ser de 8000 muestras/seg/canal o mejor . OPCIONAL Recomendamos que esta solicitud no sea opcional, considerando que la La razón de muestreo influye directamente sobre la calidad del estudio, recomendamos diga: La razón de muestreo debe ser de 8000 muestras/seg/canal o mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 124 - Sistema de Monitorización Holter:

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
EETT DICE: 01 (una) PC de escritorio. Cantidad: 6 unidades, con los componentes: Solicitamos a la convocante aclarar la cantidad ya que solicitan 01 (una) PC de escritorio. Cantidad: 6 unidades, con los componentes: o el motivo de solicitud de 6 unidades de PC, ya que esto influye en la cotización del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Cantidad de PC de escritorio: 8 unidades por el total de equipos de Holter ofertados. Se requiere esa cantidad de computadoras ya que los equipos de HOLTER se estarán distribuyendo en distintos lugares.-		

Consulta 125 - Sistema de Monitorización Holter:

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Monitor color 19 LCD. Solicitamos a la Convocante permita cotizar Monitor color 18.5 LCD o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 126 - Sistema de Monitorización Holter:

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Lector de Memoria tipo SD con entrada USB. Solicitamos a la Convocante permita cotizar: Lector de Memoria tipo SD con entrada USB u Opcional el Lector.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 127 - Sistema de Monitorización Holter:

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Que no requiera el uso de una llave o Pendrive para su utilización. Solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos con USB Key o que dicha eett sea opcional para mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 128 - ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Electrodo desechable y reutilizable, seleccionable por el usuario. Solicitamos a la convocante permita cotizar Electrodo desechable seleccionable por el usuario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 129 - ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Teclado tipo membrana con respuesta táctil y opción a teclado externo. Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con Teclas de Silicona sin opción a teclado externo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 130 - ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Respuesta de frecuencia 3 dB a 0,05-150 Hz o mejor. . Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con Respuesta de frecuencia 3 dB a 0,05-300 Hz o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 131 - ELECTROCARDIOGRAFO

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Donde dice: Resolución 4.88 μV/LSB a 500 mps o mejor. Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con Resolución 1μV/LSB a 500 mps o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 132 - Inspecciones y pruebas

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Solicitamos indicar el o los lugares donde se deberán realizar las inspecciones y pruebas a los efectos de determinar los responsables de las documentaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
La recepción de los bienes se realizará en el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Y la Inspección y pruebas posterior según necesidad en Capital, Central e interior del País.		

Consulta 133 - Entrega de bienes:

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
Solicitamos indicar el o los lugares donde serán entregados e instalados los equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
La recepción de los bienes se realizará el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Y la Instalación posterior según necesidad en Capital, Central e Interior del país		

Consulta 134 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
<p>El PBC establece: "Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar la experiencia en provisión de EQUIPOS MÉDICOS a través de copias de Contratos y/o Facturaciones de Ventas por un 25 % (VEINTE Y CINCO) por ciento de lo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2019, 2020, 2021. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado."</p> <p>Solicitamos a la Convocante establecer como requisito de Experiencia, que el oferente demuestre por medio de Contratos y/o Facturas la provisión de equipos médicos "de la misma naturaleza que los ítems ofertados en el proceso de licitación", a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2019, 2020, 2021. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado.</p> <p>Lo solicitado obedece a que la Convocante pueda tener la certeza de que el proveedor ya tienen experiencia en la venta, puesta en marcha y servicio de mantenimiento de lo ofertado.-</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 135 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
----------	-------------------	------------

Se solicita que se establezca: "Copia de Contratos y/o Facturas que avalen la experiencia requerida en la provisión de equipos médicos ((de la misma naturaleza que los ítems ofertados en este proceso de licitación))."

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.-

Consulta 136 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante permitir la presentación del Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Fabricantes, Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por D.N.V.S. - M.S.P. Y B.S., vigente, o constancia en trámite de renovación. Lo solicitado obedece a que la propia Institución emisora del Certificado está expidiendo las constancias en trámite en vista a los retrasos en que se están expidiendo las mismas. En ese sentido solicitamos la equidad en cuanto a la validación de uno u otro documento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.-

Consulta 137 - EETT ÍTEM 6: Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
----------	-------------------	------------

El PBC establece: " Cada DEA deberá contar con su propio gabinete señalado y deberá contar con alarma visual y sonora, además de todo lo necesario para su instalación dentro del edificio, medidas aproximadas de 44 cm x 22 cm, material Melanina de buena calidad.

Solicitamos a la Convocante establecer en el PBC los lugares de instalación de los equipos, teniendo en cuenta que correrá por cuenta del proveedor realizar todo lo necesario dentro del edificio para su instalación, debiendo prever este dichos costos en el precio final de su oferta.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
-----------	--------------------	------------

La recepción de los bienes se realizará el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Y la Instalación posterior según necesidad en Capital, Central.-

Consulta 138 - Condiciones de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
<p>El PBC establece: "La recepción de los bienes se realizará el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Y la Instalación posterior según necesidad en Capital Central e Interior del país. El PNPC emitirá el Acta de Recepción definitiva . Una vez realizada la entrega de acuerdo al plan de entrega, se procederá a su inspección y verificación, con los documentos pertinentes. Se verificará que los bienes se ajustan a lo solicitado en las especificaciones técnicas y demás documentos del contrato, en cuanto a cantidad, calidad, origen, procedencia. La emisión de la orden de compra lo realizara el Administrador del Contrato."</p> <p>Se solicita a la Convocante aclarar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si la Instalación posterior a la entrega, según necesidad en Capital Central e Interior del país estará a cargo del proveedor. 2. La documentación necesaria que el proveedor debe presentar al momento de la entrega de los bienes. 		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
<p>La Instalación posterior a la entrega, según necesidad en Capital Central e Interior del país estará a cargo del proveedor. Ajustarse a la última versión del PBC</p> <p>La documentación necesaria que el proveedor debe presentar al momento de la entrega de los bienes, conforme lo indica en los indicadores de cumplimiento, Ajustarse al PBC.-</p>		

Consulta 139 - En una parte de las EETT del Ítem N° 4 Sistema de Monitorización Holter

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
<p>En una parte de las EETT del Ítem N° 4 Sistema de Monitorización Holter, dice: Que no requiera uso de una llave o pendrive para su utilización</p> <p>Respetuosamente solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con: Que no requiera uso de una llave o pendrive para su utilización (opcional)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
<p>Ajustarse a la última versión del PBC.-</p>		

Consulta 140 - Item 6 Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
<p>Las características solicitadas para este desfibrilador no son propias de un desfibrilador DEA, el mismo debe ser lo más sencillo posible para permitir un fácil acceso a un personal sin formación médica a realizar la resucitación en caso necesario, por lo que el equipo DEA debe contar con instrucciones de voz claras y precisas y la menor cantidad de comandos posibles, la interpretación del ECG la debe realizar el propio DEA a través de la paleta y sin necesidad de pantalla o cables para ECG. Además consideramos que estas especificaciones son propias de una marca en particular por lo que atentan contra la libre participación de posibles oferentes.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, solicitamos sean reemplazadas las especificaciones técnicas para que puedan ofertarse equipos DEA, con suficiente autonomía del operador del mismo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
<p>Ajustarse a la última versión del PBC.-</p>		

Consulta 141 - Item 1 EQUIPO DE ERGOMETRÍA

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
el precio referencial es de 219.333.333, y en el resumen de análisis la empres Jack Fack cotizo a 273.000.000 por lo tanto el precio que estan colocando esta totalmente desfazado y no tiene justificativo algún para colocar dicho precio, en la actualidad el precio del producto se suman muchas factores, Software de análisis de ECG(180.000.000) Tecnología inalámbrica ECG (120.000.000) Carro de trasmporte original del fabricante con pc incluido(167.000.000) y cinta caminadora (140.000.000) sumando todo esto da un total aproximado de 607.000.000gs		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 142 - Ítem N° 2 esfigmomanómetro o tensiómetro,

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
<p>En el ítem N° 2 esfigmomanómetro o tensiómetro, En el Pliego de Bases y Condiciones Versión 3, la convocante incurrió en un error involuntario al mezclar las especificaciones técnicas del esfigmomanómetro o tensiómetro con el Sistema de Monitorización Holter. En la página 34 partir de; Peso del grabador 150g. o menos incluida la batería hasta UPS 850 VA o mejor; son características que corresponden al Holter y no al Esfigmomanómetro. Solicitamos a la Convocante eliminar las Especificaciones técnicas: Peso del grabador 150g. o menos incluida la batería. Pantalla/Display de información. Estuche y cinturón ajustable para cada grabador Botón marcador de evento de paciente de fácil uso. Lector de tarjetas de memoria SD. Tarjeta de memoria. Almacenamiento en Memoria removible hasta por 48 hs. Descargar la información por un lector de memoria con conexión USB Liberar rápidamente al grabador. Utilizar una pila 1.5V AA alcalina para su funcionamiento. Software para interpretación de estudios. Catálogos en español Manual de uso en español. Garantía: Un (01) año como mínimo desde la instalación y puesta en funcionamiento. ACCESORIOS: Electrodo para realizar el estudio. Cantidad: 100 unidades. Cable-paciente para ECG tipo Snap. Cantidad: 2 unidades Estuche y cinturón ajustable para cada grabador 01 (una) PC de escritorio. Cantidad: 6 unidades, con los siguientes componentes: Monitor color 19 LCD Procesador Placa madre Memoria RAM de 8Gb Disco duro 1Tb 6 puertos USB Gabinete Teclado alfanumérico Mouse Supresor de picos Lector de Memoria tipo SD con entrada USB Sistema operativo compatible con el software de Holter Voltaje: 220 Volts /50 Hz Impresora Laser UPS 850 VA o mejor</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 143 - Ítem N° 3 Sistema de Monitorizacion de la tension arterial

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
<p>En el ítem N° 3 Sistema de Monitorizacion de la tension arterial, Son solicitados como accesorios 6 Unidades de PC de Escritorio. Por favor aclarar ¿se deben entregar 6 unidades por la totalidad (30 unidades) de Sistema de Monitorizacion de la tension arterial?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 144 - Ítem N° 3 Sistema de Monitorizacion de la tension arterial

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2022
En el Ítem N° 3 Sistema de Monitorizacion de la tension arterial, En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Sistema operativo compatible con el software de Holter. Por favor aclarar ¿está correcto este pedido? Consideramos que no corresponde este pedido, solicitamos al Convocante modifique este punto, sugerimos se solicite lo siguiente: Sistema operativo compatible con el software del Sistema MAPA.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-01-2023
Ajustarse a la última versión del PBC.-		