Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 421518 - LPN N° 15/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA SERVICIOS DE SANGRE COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.AD REFERENDUM-PLURIANUAL

Consulta 1 - Especificación técnica del ítem 29

Consulta	Fecha de Consulta	27-04-2023

Los antecedentes de precios para este ítem no fueron realizados de manera correcta, teniendo en cuenta que para el antecedente se tomaron precios (id 414032-405279-408926) de contendores de material de cartón, y en esta licitación la especificación dice que tiene que ser de polipropileno, lo cual no coincide los precios estimativos de lo solicitado con los precios estimativos tomado, al mismo tiempo tengan a consideración las adjudicaciones realizadas por vuestra institución en las siguientes LPN: 403608, 403801, y la LPN de IPS 392704, solicitamos tengan a bien de hacer los cambios correspondientes en las especificaciones técnicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 2 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023

Donde dice: Registro sanitario vigente o la constancia de encontrarse en proceso de renovación para los insumos y equipos en comodato emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Solicitamos la modificación quedando de la siguiente manera: “Registro Sanitario vigente o constancia de encontrarse en tramite”

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 3 - Especificaciones Técnicas lote 21.- ítems 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023

Con relación a las especificaciones técnicas requeridas para los ítems 1 y 2 del Lote 21:

Las características mencionadas para ambos sets corresponden a una marca específica del mercado, se trata de los descartables de la bomba de infusión ICU Medical modelo Plum 360 que representa localmente la firma INFOTEC.
Lo expuesto puede corroborarse verificando lo requerido para el lote 2 de la LCO SBE 36-21 con ID 404444, en el que hubo un único oferente para los 2 ítems del lote mencionado cuyas características requeridas fueron idénticas a las solicitadas en este proceso.
Las características tales como “con casete doble canal (canal dual) de alta presión” y la diferenciación para pediatría y adulto son exclusivas de la marca y modelo mencionado, limitando la participación de un mayor número de oferentes e incumpliendo así el principio de "Igualdad y Libre Competencia" consagrado en el artículo 4° de la Ley N° 2051/03.

Por otro lado, no se justifica la necesidad de “doble canal (canal dual) de alta presión” porque en ambos ítems están requiriendo un único tipo de set (set principal), es decir las bombas de infusión estarían funcionado únicamente con un canal que sería el principal.

Asimismo, si se habla de presión, es importante aclarar explícitamente con qué presión debe trabajar el set ya que

mencionar características cualitativas como “alta” sin dar un valor cuantitativo es totalmente subjetivo y puede generar inconvenientes al momento de la evaluación. Además se debe considerar un límite para la presión ya que la aplicación sería para transfusión sanguínea y una presión alta puede causar hemólisis y/u otros daños en las células sanguíneas.

Por último, solicitar set de infusión pediátrico y adulto técnicamente no se justifica ya que se trata de set para transfusión sanguínea o infusión de componentes sanguíneos y considerando esto, en la práctica lo importante es la compatibilidad sanguínea y otras condiciones específicas del paciente y donador, no así de la franja etaria de los mismos.

Por lo expuesto, solicitamos a la convocante modificar lo requerido a:

Ítem 1: “SET PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE SANGRE: Set de infusión para la administración de componentes sanguíneos, punzón, tubuladura con pinzas deslizantes (para apertura y cierre) con filtro de sangre de 200 micras como máximo; con segmento de silicona o con casete, libre de latex y DEHP, con inyector lateral libre de aguja, estéril, compatible con componentes sanguíneos de adultos y pediátricos.”

De esta manera, se ampliaría la cantidad de potenciales oferentes considerando lo disponible a nivel local de los diferentes fabricantes.
Asimismo, que el set cuente con el segmento de silicona o con casete para su conexión con la bomba está relacionada únicamente al principio de funcionamiento del equipo, no así a su efectividad en la aplicación requerida que es la de transfusión de componentes sanguíneos. Se aclara que existe una única marca comercial que utiliza casette, la misma es la mencionada más arriba por lo que se solicita una vez más considerar también equipos de un canal con segmento de silicona.
Por último, adicionar el puerto de inyección lateral libre de aguja permitirá la utilización del mismo para infusión de medicamentos que puedan ser requeridos por el paciente durante la infusión del componente sanguíneo.

Consulta 2 – Especificaciones Técnicas del lote 21.
En el PBC no se observa las características requeridas para las bombas de infusión que se deben entregar con ambos ítems del lote 21 y tampoco se aclara la condición de entrega de las mismas; por ejemplo si serán en comodato, los plazos en las que permanecerán en la institución, lugar de entrega, condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo, etc.
Solicitamos a la convocante incluir explícitamente la información requerida sobre las características técnicas y las condiciones de entrega para las bombas de infusión.
Sugerimos considerar como referencia las especificaciones técnicas requeridas en la LPN 49/18 ID 343493 del IPS y de la LPN 86/20 ID 386557 del MSPBS las cuales posibilitaban la participación de todas las marcas disponibles a nivel local, y las marcas adjudicadas se encuentran operativas en varios hospitales del país.

Asimismo, considerando la siguiente característica en el siguiente punto:

2. Descripción
2.1 Bomba de uno o más canales en sistema modular o integrado

Posibilita la participación de bombas con canales únicos y/o dos o más canales sin dirigir lo solicitado a una marca específica.

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Por las siguientes razones expuestas mas abajo:
 La tecnología con "cassette" permite que la infusión pueda llevarse a cabo administrando paquetes globulares sanguíneos sin lesionar sus membranas, evitando potenciales hemólisis. Se recuerda que el sistema de bombeo es mediante purga, generando presión negativa, permitiendo la infusión. Este procedimiento podría llevarse a cabo sin inconvenientes para los medicamentos o soluciones fisiológicas, pero en la administración de sangre podría lesionar irreversiblemente las células, generando hemólisis, que a su vez producirían eventos adversos a la transfusión no logrando el efecto deseado en la terapia transfusional indicada.
 Se requiere de doble canal considerando que el material a ser infundido es concentrado de glóbulos rojos, fluido biológico de alta viscosidad que en caso de formarse burbujas podría ocasionar inconvenientes al momento de infundirlo, requiriendo un sistema de eliminación de burbujas sin la necesidad de manipulación de tubuladuras, que podrían hemolizar (ruptura celular) del material a infundir, además, con el canal dual se permite eliminar burbujas mediante el manejo de aire en la cámara atrapa burbujas sin desconectar al paciente, lo que permite un sistema de mayor bioseguridad al personal de enfermería.
 Es fundamental diferenciar los sets de uso en pediatría y en pacientes adultos ya que la administración de componentes

sanguíneos varía de acuerdo al tamaño corporal y en neonatología o pediatría, en la mayoría de los casos transfusionales requieren que el componente sanguíneo sea alicuotado (fraccionar volúmenes sanguíneos menores) y para lo cual el set utilizado debe contar con una escala de medición que sólo cuentan los de uso en pediatría (no en la de adultos). Es por ello que, es imperiosa la necesidad de mantener separado el lote en 2 ítems diferentes a fin de garantizar la adquisición de sets para administración de componentes tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos.
 Los estándares de trabajo establecen que la administración de componentes sanguíneos no debe ir acompañado de la administración de medicamentos por lo que no se recomienda agregar la frase solicitada.

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas lote 21

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023

En las especificaciones técnicas de los 2 ítems del lote 21 solicitan:

Ítem 1: “SET PARA BOMBA DE INFUSION DE SANGRE PARA PEDIATRA: Set de infusión para la administración de componentes sanguíneos, punzón, tubuladura con pinzas deslizantes (para apertura y cierre) con filtro de sangre de 170 micras; y volutrol de 100 ml, con casete doble canal (canal dual) de alta presión, libre de látex y DEHP. Estéril. Compatible con Glóbulos Rojos Concentrados y Plasma Fresco congelado. Clasificación de riesgo: Clase II no invasivos. La misma debe ir acompañada de por lo menos 25 bombas de infusión.

Ítem 2: “SET PARA BOMBA DE INFUSION DE SANGRE PARA ADULTO: Set de infusión para la administración de componentes sanguíneos, punzón, tubuladura con pinzas deslizantes (para apertura y cierre) con filtro de sangre de 200 micras con casete doble canal (canal dual) de alta presión; libre de látex y DEHP. Estéril. Compatible con Glóbulos Rojos Concentrados y Plasma Fresco congelado Clasificación de riesgo: Clase II no invasivos. Deberá incluirse el acompañamiento de por lo menos 15 bombas de infusión.”

Las características mencionadas para ambos sets corresponden a una marca específica del mercado, se trata de los descartables de la bomba de infusión ICU Medical modelo Plum 360 que representa localmente la firma INFOTEC.
Lo expuesto puede corroborarse verificando lo requerido para el lote 2 de la LCO SBE 36-21 con ID 404444, en el que hubo un único oferente para los 2 ítems del lote mencionado cuyas características requeridas fueron idénticas a las solicitadas en este proceso.
Las características tales como “con casete doble canal (canal dual) de alta presión” y la diferenciación para pediatría y adulto son exclusivas de la marca y modelo mencionado, limitando la participación de un mayor número de oferentes e incumpliendo así el principio de "Igualdad y Libre Competencia" consagrado en el artículo 4° de la Ley N° 2051/03.

Por otro lado, no se justifica la necesidad de “doble canal (canal dual) de alta presión” porque en ambos ítems están requiriendo un único tipo de set (set principal), es decir las bombas de infusión estarían funcionado únicamente con un canal que sería el principal.

Asimismo, si se habla de presión, es importante aclarar explícitamente con qué presión debe trabajar el set ya que mencionar características cualitativas como “alta” sin dar un valor cuantitativo es totalmente subjetivo y puede generar inconvenientes al momento de la evaluación. Además se debe considerar un límite para la presión ya que la aplicación sería para transfusión sanguínea y una presión alta puede causar hemólisis y/u otros daños en las células sanguíneas.

Por último, solicitar set de infusión pediátrico y adulto técnicamente no se justifica ya que se trata de set para transfusión sanguínea o infusión de componentes sanguíneos y considerando esto, en la práctica lo importante es la compatibilidad sanguínea y otras condiciones específicas del paciente y donador, no así de la franja etaria de los mismos.

Por lo expuesto, solicitamos a la convocante modificar lo requerido a:

Ítem 1: “SET PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE SANGRE: Set de infusión para la administración de componentes sanguíneos, punzón, tubuladura con pinzas deslizantes (para apertura y cierre) con filtro de sangre de 200 micras como máximo; con segmento de silicona o con casete, libre de latex y DEHP, con inyector lateral libre de aguja, estéril, compatible con componentes sanguíneos de adultos y pediátricos.”

De esta manera, se ampliaría la cantidad de potenciales oferentes considerando lo disponible a nivel local de los diferentes fabricantes.
Asimismo, que el set cuente con el segmento de silicona o con casete para su conexión con la bomba está relacionada únicamente al principio de funcionamiento del equipo, no así a su efectividad en la aplicación requerida que es la de transfusión de componentes sanguíneos. Se aclara que existe una única marca comercial que utiliza casette, la misma es la

mencionada más arriba por lo que se solicita una vez más considerar también equipos de un canal con segmento de silicona.
Por último, adicionar el puerto de inyección lateral libre de aguja permitirá la utilización del mismo para infusión de medicamentos que puedan ser requeridos por el paciente durante la infusión del componente sanguíneo.

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Por las siguientes razones expuestas mas abajo:
 La tecnología con "cassette" permite que la infusión pueda llevarse a cabo administrando paquetes globulares sanguíneos sin lesionar sus membranas, evitando potenciales hemólisis. Se recuerda que el sistema de bombeo es mediante purga, generando presión negativa, permitiendo la infusión. Este procedimiento podría llevarse a cabo sin inconvenientes para los medicamentos o soluciones fisiológicas, pero en la administración de sangre podría lesionar irreversiblemente las células, generando hemólisis, que a su vez producirían eventos adversos a la transfusión no logrando el efecto deseado en la terapia transfusional indicada.
 Se requiere de doble canal considerando que el material a ser infundido es concentrado de glóbulos rojos, fluido biológico de alta viscosidad que en caso de formarse burbujas podría ocasionar inconvenientes al momento de infundirlo, requiriendo un sistema de eliminación de burbujas sin la necesidad de manipulación de tubuladuras, que podrían hemolizar (ruptura celular) del material a infundir, además, con el canal dual se permite eliminar burbujas mediante el manejo de aire en la cámara atrapa burbujas sin desconectar al paciente, lo que permite un sistema de mayor bioseguridad al personal de enfermería.
 Es fundamental diferenciar los sets de uso en pediatría y en pacientes adultos ya que la administración de componentes sanguíneos varía de acuerdo al tamaño corporal y en neonatología o pediatría, en la mayoría de los casos transfusionales requieren que el componente sanguíneo sea alicuotado (fraccionar volúmenes sanguíneos menores) y para lo cual el set utilizado debe contar con una escala de medición que sólo cuentan los de uso en pediatría (no en la de adultos). Es por ello que, es imperiosa la necesidad de mantener separado el lote en 2 ítems diferentes a fin de garantizar la adquisición de sets para administración de componentes tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos.
 Los estándares de trabajo establecen que la administración de componentes sanguíneos no debe ir acompañado de la administración de medicamentos por lo que no se recomienda agregar la frase solicitada.

Consulta 5 - Especificaciones Técnicas del lote 21

Consulta	**Fecha de Consulta**	05-05-2023

En el PBC no se observa las características requeridas para las bombas de infusión que se deben entregar con ambos ítems del lote 21 y tampoco se aclara la condición de entrega de las mismas; por ejemplo si serán en comodato, los plazos en las que permanecerán en la institución, lugar de entrega, condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo, etc.
Solicitamos a la convocante incluir explícitamente la información requerida sobre las características técnicas y las condiciones de entrega para las bombas de infusión.
Sugerimos considerar como referencia las especificaciones técnicas requeridas en la LPN 49/18 ID 343493 del IPS y de la LPN 86/20 ID 386557 del MSPBS las cuales posibilitaban la participación de todas las marcas disponibles a nivel local, y las marcas adjudicadas se encuentran operativas en varios hospitales del país.

Asimismo, considerando la siguiente característica:
2. Descripcion.
2.1 - Bomba de uno o mas canales en sistema modular o integrado.

Posibilita la participación de bombas con canales únicos y/o dos o más canales sin dirigir lo solicitado a una marca específica.

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	31-05-2023

Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC

Consulta 6 - LOTE 16 ITEM 1 contador hematológico

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
¿Se podría admitir un contador hematológico con velocidad de 40 muestras x hora?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC		

Consulta 7 - LOTE 17 ITEM 1 equipo de hemocultivo

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
¿Se solicita a la convocante aclarar de que capacidad se solicita el equipo de hemocultivo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC		

Consulta 8 - LOTE 17 ITEM 1 equipo de hemocultivo

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
¿En cuantos servicios serían instalados los equipos de hemocultivo y cuales servicios?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC		

Consulta 9 - LOTE 17 ITEM 1 equipo de hemocultivo

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
¿Se podrían admitir 2 equipos de hemocultivo de capacidad de 240?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC		

Consulta 10 - LOTE 17 ITEM 1 equipo de hemocultivo - 4

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
¿Se podría admitir un equipo de hemocultivo de capacidad de 240 o menor?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC		

Consulta 11 - LOTE 18 ITEM 1 CONTADOR HEMATOLOGICO

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
Se podría admitir un contador hematológico con capacidad de: Hasta 110 muestras por hora (CBC+DIFF). Hasta 40 muestras por hora (Fluido corporal)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. Considerando que las características mencionadas en la consulta no son excluyentes.		

Consulta 12 - LOTE 18 ITEM 1EE TT

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
¿Las EETT mencionadas en la página 26 para el lote 18 corresponde a las EETT para el lote 16?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 13 - LOTE 18 ITEM 1 EE TT - 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
Se deben tomar en cuenta las EETT mencionadas en la página 21 o las de la página 26?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. Se aclaran que deben tenerse en cuenta tanto para los insumos -reactivos y sus equipos en comodato solicitados.		

Consulta 14 - LOTE 7 ITEM 1 AL 7 tubos con EDTA

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
¿Se podrían admitir tubos con EDTA de 2 ml como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 15 - LOTE 7 ITEM 1 AL 7 microtubos con anticoagulante EDTA

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
¿Serían microtubos con anticoagulante EDTA o sin anticoagulante?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Los tubos de Microcentrifugas "no llevan" ningún aditivo.		

Consulta 16 - LOTE 7 ITEM 1 AL 7 microtubos de 1,5 ml

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
¿Se podrían admitir microtubos de 1,5 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 17 - Lote 14 11-Flujo continuo, que reduce el tiempo que el donante permanece conectado a la máquina

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
Solicitamos a la convocante para dar mayor participación a los oferentes ampliar las especificaciones de la maquina a" flujo continuo o discontinuo " ya que teniendo en cuenta que la donación de Plaquetas se realiza a donantes sanos el tiempo de estar conectado a la maquina no influye en el producto final y se tiene un producto de calidad solicitada por la convocante no variando ninguna especificación técnica solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Por las siguientes razones expuestas mas abajo: En la donación por aféresis la utilización de una máquina de flujo continuo permite un proceso más eficiente y preciso de separación de los componentes sanguíneos, pudiendo estos ser utilizados al instante, que lo diferencia de las máquinas de flujo discontinuo. Estos equipos serán utilizados en la atención a donantes de sangre, y que para garantizar la atención a personas sanas, solidarias, altruistas y con disponibilidad de tiempo para acudir a un centro de donación, se debería contar con el mejor equipamiento que garantice no solo la calidad del producto obtenido, si no que sea eficiente en cuanto a la atención a los usuarios. El flujo continuo reduce el tiempo necesario para completar la donación, siendo este una queja permanente del donante y afecta en forma negativa su fidelización para futuras donaciones repetidas, lo que constituye en un pilar fundamental para garantizar el acceso a sangre y sus componentes a nivel hospitalario. La utilización de máquinas de aféresis de flujo continuo que reduce el tiempo de donación, permite además disminuir la probabilidad de eventos adversos a la donación. Considerando que los casos de eventos adversos dificultan la fidelización de los donantes, como así también podría impedir que se complete la donación realizada en ese momento, los insumos podrían ser utilizados de manera no eficiente, reduciendo el rendimiento aprovechable de una donación por aféresis.		

Consulta 18 - Capacidad Financiera y Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar en la sección de Capacidad Financiera y Experiencia Requerida, que los últimos 3 años deberían ser los años 2020, 2021 y 2022 ya que los años solicitados no corresponden a los 3 últimos ejercicios fiscales cerrados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 19 - Lote 13 11-Flujo continuo, que reduce el tiempo que el donante permanece conectado a la máquina.

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
Solicitamos a la convocante para dar mayor participación a los oferentes ampliar las especificaciones de la maquina a" flujo continuo o discontinuo " ya que teniendo en cuenta que la donación de Plaquetas se realiza a donantes sanos el tiempo de estar conectado a la maquina no influye en el producto final y se tiene un producto de calidad solicitada por la convocante no variando ninguna especificación técnica solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
La consulta realizada no guarda ninguna relación con los productos solicitados en los items 1,2,3 del lote 13		

Consulta 20 - Lote 15

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
Considerando que en este lote piden 4 procedimientos diferentes, solicitamos para dar oportunidad a un mayor numero de oferentes, se solicita separar los lotes en dos incluyendo en uno lote los items 1,2,3, y otro lote el item 4.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Por las siguientes razones expuestas mas abajo: En las Especificaciones Técnicas se solicita un solo equipo por cada hospital que realice los 4 procedimientos requeridos dentro del Lote, debido a que solicitar un equipo adicional implicaría tener más de un equipo por centro, lo que no es posible actualmente por la falta de espacio y de Recursos Humanos Especialistas disponibles, que serían los responsables de los procedimientos por centro, además la cantidad de donantes de aféresis y de pacientes que requieren procedimientos de aféresis terapéutica por centro no justifica actualmente tener equipos por separado. El equipamiento solicitado será transportado a los diferentes servicios intrahospitalarios incluido áreas como la Unidad de Terapia Intensiva (pediátrica o adulta) en donde los espacios de trabajo son reducidos, debido a los múltiples equipamientos que se encuentran como soporte del paciente. En caso de separar en 2 lotes se debería considerar un incremento sustancial en el costo del producto a ser adjudicado, ya que para cada centro médico hospitalario se tendría 2 lotes adjudicados con 2 equipamiento diferentes, requeridos en comodato. Sabiendo que los costos de los equipos en comodato son amortizados en el costo final del producto ofertado, esta petición afectaría significativamente el costo final.		

Consulta 21 - Lote 2 ítems 1-6

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
Respetuosamente consultamos cuales son los lugares asignados para las entregas. Si los mismos serán entregados en el Programa Nacional de Sangre o cuales serían los servicios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 22 - Lote 17

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
En lote 17 no se observan especificaciones técnicas del equipo. Las especificaciones se encuentra detalladas como lote 16		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 23 - lote 2 item 6

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
Para el lote 2 item 6 Consulta: Se podría establecer el vto mínimo de 28 a 30 días por la naturaleza propia de los productos, teniendo en cuenta que solo menciona periodo de caducidad reducido y no el tiempo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Los paneles celulares serán entregados en forma mensual como se indica en el PBC		

Consulta 24 - Lote 4 item 8

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
Se podría establecer el vto mínimo de 28 a 30 días por la naturaleza propia de los productos, teniendo en cuenta que solo menciona periodo de caducidad reducido y no el tiempo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Los paneles celulares serán entregados en forma mensual como se indica en el PBC		

Consulta 25 - lote 6 ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
Se consulta si el vto. mínimo de los reactivos podría ser 8 meses tomando en cuenta la naturaleza del producto considerando que son anticuerpos de origen humano		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 26 - Lote 16:

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
Se Consulta si se podrían separar los ítems 2 y 3, del item 1 ya que no son dependiente entre si. Favor revisar además, las especificaciones del lote 16 no corresponden a los ítems 1, 2 y 3, más bien hacen referencia a un equipo de Hemocultivo. El contador solicitado en el item 1 se consulta si el contador debe ser de carga continua		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 27 - lote 22

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
Se solicita a la convocante permita ofertar caja x 20 test (como minimo) de ABO-RhD. Considerando que operativamente no implica diferencia en el flujo de trabajo que las determinaciones solicitadas esten fijas en una tabla o que el set ABO-RhD en conjunto se encuentre en dispositivos individuales tipo cassette test rapidos, donde un solo dispositivo (cassette) se halla conteniendo pocillos para cada grupo. Al contrario al encontrarse cada set ABO-RhD en un solo dispositivo (cassette) evitara posibles casos de contaminacion cruzada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 28 - LOTE 19 ITEM 1 puntas amarillas

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
¿De que capacidad se requerirían las puntas amarillas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. Se aclara que en el Lote 19 no se solicitan puntas amarillas.		

Consulta 29 - LOTE 16 ITEM 1 EE TT -2

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
¿Se deben tomar en cuenta las EETT mencionadas en la página 21 o las de la página 26?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 30 - LOTE 16 ITEM 1 EE TT

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
Las EETT mencionadas en la página 26 para el lote 18 corresponde a las EETT para el lote 16?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 31 - LOTE 16 ITEM 1 MO con lentes

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
¿Se podría admitir un MO con lentes de: 4x/NA 0.10, 10x/NA 0.25, 40x/NA 0.65 SL, 100x/NA 1.25 SL (aceite de inmersión)?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC, considerando que las características mencionadas en la consulta no son excluyentes.		

Consulta 32 - LOTE 7 ITEM 1 AL 7 centrífuga con capacidad de hasta 5000

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
¿Se podría admitir una centrífuga con capacidad de hasta 5000 RPM?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 33 - LOTE 18 ITEM 1 EE TT - 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
¿Se deben tomar en cuenta las EETT mencionadas en la página 21 o las de la página 26?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 34 - LOTE 7 ITEM 1 AL 7 centrífuga con capacidad para 24 tubos

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
¿Se podría admitir una centrífuga con capacidad para 24 tubos, de 300 a 4800 RPM?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 35 - LOTE 16 ITEM 2 tira de hemoglobina glicada

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
¿Se podría admitir una tira de hemoglobina glicada con rango de medición de: 3.8-21.3 mg/dl?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. El pedido no corresponde a Hemoglobina Glicada, corresponde a Hemoglobina Eritrocitaria Total		

Consulta 36 - LOTE 29 ITEM 1 Colector Rígido

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
¿Se podría considerar un Colector Rígido de capacidad de 15L?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. considerando que las características mencionadas en la consulta no son excluyentes		

Consulta 37 - LOTE 33 ITEM 1 torniquete de material diferente

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
¿Se podría considerar torniquete de material diferente a silicona o de Poliisopreno sintético libre de látex y sin talco?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 38 - LOTE 33 ITEM 1 torniquetes descartables sin látex

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
¿Se podría admitir torniquetes descartables sin látex y sin talco, desmontable?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, considerando que las características mencionadas en la consulta no son excluyentes		

Consulta 39 - LOTE 35 ITEM 1 gradilla de plástico

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
¿Se podría admitir una gradilla de plástico con capacidad para 50 tubos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 40 - LOTE 35 ITEM 2 gradilla de plástico con capacidad para 100 tubos

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
¿Se podría admitir una gradilla de plástico con capacidad para 100 tubos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 41 - LOTE 41 ITEM 1 TAPAS DE PLASTICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
¿Se podría admitir tapas de plástico?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 42 - LOTE 41 ITEM 1 presentación de bolsas

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
¿Se podría admitir presentación de bolsas x 300 unidades?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 43 - LOTE 43 ITEM 1 microtubos

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
¿Se podría admitir microtubos de 1,5 ml de capacidad?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 44 - LOTE 46 ITEM 1 tubo de khan

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
Se podría admitir un tubo de khan de material PE/PP/PS?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 45 - LOTE 39 ITEM 2 presentación

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
¿Favor aclarar si se admite presentación de 500 unidades por bolsa o 1000 unidades por bolsa o ambas presentaciones son posibles?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 46 - VENCIMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
En donde dice: VENCIMIENTO: PARA LOS REACTIVOS E INSUMOS EN GENERAL que no son especificadas sus vencimientos dentro de las Especificaciones Técnicas se tendrá el cuenta el siguiente vencimiento: El vencimiento mínimo de los reactivos e insumos deberá ser de 12 (doce) meses al momento de la entrega en los lugares indicados para la entrega, se solicita amablemente a la convocante considerar el vencimiento de los Lote 8 ítems 1y 2, Lote 14 ítem 1 y Lote 15 ítems 1,2,3,4, de 12 meses como mínimo al momento de la entrega.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 47 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
En donde dice: Demostrar la experiencia en PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS , con facturaciones de venta y/o contratos ejecutados por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2019 2020-2021., se solicita a la convocante considerar el año 2022 y así dar mayor participación a oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 48 - LOTE 7

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
En el lote 7 se aceptará la tecnología de la electroquimioluminiscencia, la cual es una variante incluida en la quimioluminiscencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, considerando que las características mencionadas en la consulta no son excluyentes.		

Consulta 49 - LOTE 7: CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Acorde al número de muestras que se deben que procesar diariamente en el CENSSA, y con el fin de asegurarse el rápido procesamiento de todas las muestras y así asegurar así la liberación oportuna de las bolsas y también que tengan la capacidad de absorber cualquier incremento de demanda inesperada o planificada. ¿Necesitan un número de equipos que les asegure el poder obtener de 500 resultados a más por hora.?

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 50 - LOTE2. ITEM 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

la Convocante solicita: Suero Anti D con anticuerpo Monoclonal IgG/IgM fco de 10 ml como mínimo como reactivos no diluidos para tipificación ABO, RH y fenotipificación RH y KELL por método en tubo y microplaca.
Consultamos amablemente: Se podrá cotizar suero anti – D con anticuerpo IgM fco de 10ml como mínimo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 51 - LOTE 4. ITEM 5. Reactivo para Determinación de Fenotipo Rh y Kell.

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

la Convocante solicita: Suero Anti Kell con anticuerpo Monoclonal IGM fco de 10 ml como mínimo para método de aglutinación como reactivos no diluidos para fenotipificación RH y KELL por método de aglutinación en tubo y microplaca.
Consultamos amablemente: Se podrá cotizar un suero Anti Kell con anticuerpo Monoclonal IGM fco de 5 ml como mínimo para método de aglutinación como reactivos no diluidos para fenotipificación RH y KELL por método de aglutinación en tubo y microplaca. Considerando la presentación de la marca estaremos ofertando la cantidad suficiente según PBC.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 52 - LOTE 4. ITEM 8. PANEL CELULAR SELECTOR PAI.

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

La convocante solicita: Panel celular selector/detector con Glóbulos Rojos de 2 células al 3% para detección de Anticuerpos Irregulares (PAI), por aglutinación en tubo y/o microplaca compatible para tarjeta que incluya anti Diego (Di-a). Kit de 2 o 3 frascos x 10 ml c/u.
Consultamos: se podría aclarar si el pedido de Panel Celular Selector/detector con glóbulos rojos debe de ser al 3% o al 0,8% ? ya que solicitan compatibilidad para tarjeta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. Segùn las EETT se solicita al 3 %

Consulta 53 - lote 16-ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPO EN COMODATO

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Solicitan: Un (1) equipo automático en comodato para la realización de Hemocultivo. El equipo debe realizar análisis automático en forma continua y sin supervisión de los cultivos mediante una tecnología no invasiva. Una mínima interacción por parte del usuario.
Favor aclarar si este pedido de equipamiento corresponde al lote 17, ya que en el lote 16 solicitan kit para determinación de hemograma automatizado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 54 - LOTE 2- Precios Referenciales.

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Solicitamos verificar el criterio para la fijación de los precios referenciales considerando que la DNCP ha fijado los mecanismos para establecer los mismos y realizando un estudio de mercado: no se adecuan a los precios referenciales de los bienes solicitados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Ajustarse al Dictamen DOC Nº 382/22 y sus Complementos

Consulta 55 - LOTE 7-PRECIOS REFERENCIALES

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Solicitamos a la Convocante verificar el criterio para la fijación de los precios referenciales considerando que la DNCP ha fijado los mecanismos para establecer los mismos y realizando un estudio de mercado y teniendo en cuenta los precios adjudicados en llamados anteriores: los mismos no se adecuan a los precios referenciales de los bienes solicitados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Ajustarse al Dictamen DOC Nº 382/22 y sus Complementos

Consulta 56 - lote 16

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Se podrían proveer tubos con anticoagulante en vez de frasco gotero?

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones .

Consulta 57 - LOTE 7 ITEM 1 AL 7 equipo de inmunoanálisis

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Se podría considerar la instalación de más de 1 equipo de inmunoanálisis en comodato para compensar la velocidad solicitada en caso de no llegar a los 100 minutos solicitados?

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 58 - LOTE 7 ITEM 1 AL 7

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
¿Se podría admitir un equipo de inmunoanálisis por quimioluminiscencia con velocidad de trabajo mínima de 25 resultados del conjunto de determinaciones (7 marcadores para una misma muestra) en los primeros 110 minutos de trabajo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 59 - LOTE 7 ITEM 1 AL 7 producción máxima en dos años

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Favor tomar a consideración de la convocante el sgte análisis: Siendo que la producción máxima en dos años sería de 260000 test realizados, es decir que la cantidad de unidades tamizadas por equipo en promedio DIARIAMENTE será: DIAS LABORABLES EN DOS AÑOS 1248 (6 días laborables/semana x 4 semanas/mes x 52 semanas / año)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 60 - LOTE 7 ITEM 1 AL 7 relativo a la velocidad de procesamiento solicitado

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Favor aclarar si la carga de trabajo es relativo a la velocidad de procesamiento solicitado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 61 - Lote 17

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Lo solicitado corresponderia al pedido de la cantidad a proveer mitad anaerobios y mitad aerobios?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 62 - Lote 17

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se podría considerar la oferta de frascos de hemocultivo de PP, considerando que esto ayuda a evitar la generación de residuos patológicos de díficil diposición final y supone menos peligro para el usuario?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 63 - LOTE 17

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se podría admitir un equipo de hemocultivo de capacidad para 60 frascos considerando el flujo de trabajo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones , considerando que las características mencionadas en la consulta no son excluyentes.		

Consulta 64 - LOTE 17

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Cúal seria la capacidad mínima del equipo de hemocultivo solicitado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 65 - LOTE 18 Y 16

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se estarían solicitando 2 equipos hemogramas de diferentes características: para el lote 16 y el lote 18?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se solicitan equipos diferentes para cada lote de acuerdo a sus capacidades y debido al uso que estarán destinados cada uno.		

Consulta 66 - LOTE 7 ITEM 1 AL 7 equipo de inmunoanálisis

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se podría admitir un equipo de inmunoanálisis por quimioluminiscencia con velocidad de trabajo mínima de 25 resultados del conjunto de determinaciones (7 marcadores para una misma muestra) en los primeros 134 minutos de trabajo, con hasta 180 test/h?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 67 - LOTE 7 ITEM 1 AL 7 separar dicho lote en 2,

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se solicita a la convocante considerar separar dicho lote en 2, uno para el CENNSA y otro para el Centro Productor del Hospital Nacional de Itaugua a fin de que más proveedores puedan presentar oferta y resultar adjudicados y así formentar la libre competencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 68 - LOTE 7 ITEM 1 AL 7 equipo de inmunoanálisis 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se podría admitir un equipo de inmunoanálisis por quimioluminiscencia con velocidad de trabajo mínima de 25 resultados del conjunto de determinaciones (7 marcadores para una misma muestra) en los primeros 110 minutos de trabajo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 69 - LOTE 7 ITEM 1 AL 7

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Favor tomar a consideración de la convocante el sgte análisis: Siendo que la producción máxima en dos años sería de 260000 test realizados, es decir que la cantidad de unidades tamizadas por equipo en promedio DIARIAMENTE será: DIAS LABORABLES EN DOS AÑOS 1248 (6 días laborables/semana x 4 semanas/mes x 52 semanas / año) PRODUCCIÓN EN DOS AÑOS 260,000 test realizados NUMERO DE EQUIPOS SELECCIONADOS: 05 EQUIPOS Entonces: (260,000/1248) / 5 = 41 unidades tamizadas o test realizados por equipo por día. Sin embargo, la exigencia es que cada equipo tenga como velocidad de trabajo mínima de 25 unidades tamizadas o test realizados desde 100 minutos, lo cual resulta un limitante sin mayor sustento técnico u operativo emitido por ente referencial internacional o al menos a conocimiento público actualmente, existiendo indicadores de performance en laboratorio y banco de sangre como los tiempos totales de procesamiento; y, en este caso las 41 unidades tamizadas por equipo por día estarán reportadas dentro de los 200 minutos de iniciado el procesamiento para todas las marcas existentes en el mercado, fomentando la libre competencia. Existen otras características de pruebas de tamizaje ligadas a la disminución de la transfusión de sangre contaminada tales como: detección de antígeno y anticuerpo del HIV por separado en caso de que no haya pruebas NAT, detección de mutaciones de antígeno de superficie de la Hepatitis B, disminución de errores por cargado manual de información reactivos y controles con la presencia de códigos de barra. Todas son parte de indicadores de calidad y performance para garantizar sangre segura a los receptores. El comité debería considerar retirar la característica limitante de “velocidad de trabajo 25 unidades tamizadas desde 100 minutos” y/o reemplazarla por una característica técnica que esté validada internacionalmente, fomente la libre competencia y que realmente garantice sangre segura en el Centro Asistencial donde se requieran estos equipos de inmunoanálisis.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Los cálculos propuestos están errados		

Consulta 70 - LOTE 18

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Las EETT de los lotes de hemograma a considerar serían las del lote 16 o las del lote 18 o ambas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 71 - LOTE 7 ITEM 1 AL 7 instalación de más de 1 equipo

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se podría considerar la instalación de más de 1 equipo de inmunoanálisis en comodato para compensar la velocidad solicitada en caso de no llegar a los 100 minutos solicitados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. En este lote se solicitan 5 equipos como mínimo con velocidad de trabajo mínima de 25 resultados del conjunto de determinaciones (7 marcadores para una misma muestra) en los primeros 100 minutos por cada equipo.		

Consulta 72 - LOTE 7 ITEM 1 AL 7 relativo a la velocidad de procesamiento solicitado

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Favor aclarar si la carga de trabajo es relativo a la velocidad de procesamiento solicitado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. La respuesta es SI.		

Consulta 73 - LOTE 18

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se podría admitir un contador hematológico con metodología SF cube (citometria de flujo por fluorescencia), tecnología que brinda una mayor sensibilidad a la detección de blancos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC, considerando que las características mencionadas en la consulta no son excluyentes.		

Consulta 74 - Lote 8 – Instalación y puesta en marcha

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Lote 8 – Instalación y puesta en marcha Se solicita amablemente a la convocante aclarar si el Precio a ofertar debe incluir posibles mudanzas, ampliaciones, cableados o modificaciones edilicias de algunos de los Centros donde serán instalados los equipos para el procesamiento de la sangre y equipos informáticos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 75 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 14

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Lote 14 – Especificaciones Técnicas “9” Se solicita amablemente a la convocante aclarar donde dice “9- El equipo debe contar con Software de gestión de datos” si se aceptan que el equipo pueda estar conectado a un software de gestión de datos externo al equipo y no necesariamente dentro del mismo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 76 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 14

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Lote 14 – Especificaciones Técnicas “11” Se solicita amablemente a la convocante aclarar donde dice “11- Flujo continuo, que reduce el tiempo…” si se refiere al flujo de la centrífuga o a otro componente del equipo. Además, se consulta si la separación del producto obtenido se realiza en una sola etapa y si la obtención del producto es totalmente automática incluyendo la resuspensión de las plaquetas (esto es, que el producto obtenido pueda ser utilizado directamente sin realizar un paso adicional) lo cual reduce el tiempo que el donante permanece conectado a la máquina. Esta reducción permitirá mayor comodidad del donante y aumentará las probabilidades de que los donantes vuelvan a donar ya que les tomará menos tiempo en su día.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 77 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 14

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Lote 14 – Especificaciones Técnicas “12” Se solicita amablemente a la convocante aclarar donde dice “12-Rango de concentración de plaquetas: mayor a 3x10e6/ul” si se refiere a la necesidad de que el producto obtenido deba tener un rendimiento de 3x10e11, y que el mismo sea configurable según la necesidad del Centro Productor y según el donante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 78 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 14

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Lote 14 – Especificaciones Técnicas “14” Se solicita amablemente a la convocante aclarar donde dice “14-Volumen sanguíneo extracorpóreo: 182 a 225 mL según el equipo de líneas” si el Volumen sanguíneo extracorpóreo se refiere al volumen que ingresa en el equipo de líneas y que incluye el volumen del reservorio		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 79 - PRECIO REFERENCIAL LOTE 12

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Con respecto al Precio Referencial estipulado para el Lote 12, se solicita amablemente a la convocante volver a analizar dicha estimación de costos debido a que el mismo es menor al Precio Adjudicado en la última licitación (ID 369138 LPN 90/19). Como se ve, se utilizó el Presupuesto del 2023 referencial de una empresa junto a 3 precios adjudicados de licitaciones pasadas (ID369138, ID 334845 e ID 316283). Se solicita considerar las últimas dos licitaciones adjudicadas (ID 369138 e ID 334845) debido a que son los precios más actuales y además para este Lote se solicita un Software de Temperatura para un total de 3 centros, siendo que en la LPN 90/2019 solo se solicitaba para un centro. Además, en la Licitación con ID 316286 (la más antigua) que se tuvo en cuenta para el Precio Referencial no solicitó el Software para los centros y además pasaron más de 6 años, tiempo en el cual ha subido el flete y el cambio del dólar, por lo cual se solicita aumentar el precio referencial del Lote 12.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Ajustarse al Dictamen Nº 382 y sus Complementos

Consulta 80 - PRECIO REFERENCIAL LOTE 12

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Con respecto al Precio Referencial estipulado para el Lote 12, se solicita amablemente a la convocante volver a analizar dicha estimación de costos debido a que el mismo es menor al Precio Adjudicado en la última licitación (ID 369138 LPN 90/19). Como se ve, se utilizó el Presupuesto del 2023 referencial de una empresa junto a 3 precios adjudicados de licitaciones pasadas (ID369138, ID 334845 e ID 316283). Se solicita considerar las últimas dos licitaciones adjudicadas (ID 369138 e ID 334845) debido a que son los precios más actuales y además para este Lote se solicita un Software de Temperatura para un total de 3 centros, siendo que en la LPN 90/2019 solo se solicitaba para un centro. Además, en la Licitación con ID 316286 (la más antigua) que se tuvo en cuenta para el Precio Referencial no solicitó el Software para los centros y además pasaron más de 6 años, tiempo en el cual ha subido el flete y el cambio de dólar, Por lo cual se solicita trasladar el software de temperatura al Lote 8 y así justificar la reducción del precio referencial del Lote 12 comparado al último precio adjudicado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Ajustarse al Dictamen Nº 382 y sus Complementos

Consulta 81 - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TODOS LOS COMODATOS

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Especificaciones Técnicas – (DQ, IQ,OQ) Para todos los comodatos
Se solicita amablemente a la convocante aclarar donde dice “Entregar manuales de Operación técnica en Español, certificados de calibración y calificaciones (de diseño DQ, de instalación IQ, operacional OQ)” si aceptan declaración jurada donde certifique que los equipos cumplen con calibraciones y calificaciones equivalentes a las solicitadas (DQ, IQ,OQ), esto debido a que según el país puede variar el nombre que se le otorga a las distintas calificaciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. Se puede ofertar certificados de calibración y calificaciones compatibles con los solicitados de acuerdo a las normativas vigentes en los países de origen .

Consulta 82 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 8

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Lote 8 - Especificaciones Técnicas – Instalación, puesta en marcha, mantenimiento
Para el Lote 8 de bolsas triples, se consulta si se debe incluir gastos de mudanza y cableado de los equipos en comodato en caso de que exista una mudanza o ampliación de infraestructura de los Centros Productores donde serán instalados dichos equipos luego de haberse ya finalizado la primera instalación y puesta en marcha, esto es, si existe variación de ubicación donde deberían estar los equipos en comodatos durante la vigencia del contrato.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 83 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Lote 8 ITEM 1 – BOLSA PARA EXTRACCION DE SANGRE TRIPLE
Solicitamos a la convocante adecuar y actualizar el precio referencial a GS. 170.000 a fin de permitir mayor participación a potenciales oferentes por un lado debido al incremento de precios de las bolsas a nivel mundial y por otro lado ya que analizado el PBC, se puede constatar la gran cantidad de equipamientos solicitados en comodato para el Lote 8, esto en comparación a lo que se había requerido en el llamado anterior (LPN N° 90/2019 – ID 369138), Detallamos comparativo:
Equipo en comodato solicitado: LPN N° 15/2023 Centrifuga C: 5; Separador de plasma C: 10; Homogeneizadoras C: 23; Selladores C: 10; Conectores estériles C: 10; Sillones para extracción C: 25
Equipo en comodato solicitado: LPN N° 90/2019 2023 Centrifuga C: 3; Separador de plasma C: 11; Homogeneizadoras C: 18 ; Selladores C: 20; Conectores estériles C: 7; Sillones para extracción C: 0

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Ajustarse al Dictamen Nº 382 y sus Complementos

Consulta 84 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

REFERENCIAL Lote 8 ITEM 2 – BOLSA DE TRANSFERENCIA PARA SANGRE
Solicitamos a la convocante adecuar y actualizar el precio referencial a GS. 49.500 a fin de permitir mayor participación a potenciales oferentes por un lado debido al incremento de precios de las bolsas a nivel mundial y por otro lado ya que analizado el PBC, se puede constatar la gran cantidad de equipamientos solicitados en comodato para el Lote 8, esto en comparación a lo que se había requerido en el llamado anterior (LPN N° 90/2019 – ID 369138), Detallamos comparativo:

Equipo en comodato solicitado: LPN N° 15/2023 Centrifuga C: 5; Separador de plasma C: 10; Homogeneizadoras C: 23; Selladores C: 10; Conectores estériles C: 10; Sillones para extracción C: 25
Equipo en comodato solicitado: LPN N° 90/2019 2023 Centrifuga C: 3; Separador de plasma C: 11; Homogeneizadoras C: 18 ; Selladores C: 20; Conectores estériles C: 7; Sillones para extracción C: 0

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Ajustarse al Dictamen Nº 382 y sus Complementos

Consulta 85 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Lote 10 ITEM 1 – EQUIPO DE TRANSFUSION CON FILTRO Solicitamos a la convocante ajustar el precio referencial a Gs. 22.000, ya que creemos que se incurrió en un error involuntario al momento de transcribir los precios de acuerdo a la estimación de costos publicados en el portal del SICP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Ajustarse al Dictamen Nº 382 y sus Complementos		

Consulta 86 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
REFERENCIAL Lote 11 ITEM 1 – EQUIPO VOLUTROL MACROGOTERO PARA SOLUCIONES Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Lote 11 Ítem 1 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 33.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Ajustarse al Dictamen Nº 382 y sus Complementos		

Consulta 87 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Lote 13 ITEM 2 – FILTRO PARA LEUCOCITOS DE GLOBULOS ROJOS Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Lote 13 Ítem 2 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 220.000.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Ajustarse al Dictamen Nº 382 y sus Complementos		

Consulta 88 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Lote 13 ITEM 3 – FILTRO PARA LEUCOCITOS DE PLAQUETAS Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Lote 13 Ítem 3 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 275.000.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Ajustarse al Dictamen Nº 382 y sus Complementos		

Consulta 89 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Lote 18 ITEM 1 - HEMOGRAMA
Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Lote 18 Ítem 1 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 16.500.-

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Ajustarse al Dictamen Nº 382 y sus Complementos

Consulta 90 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EQUIPOS EN COMODATO
Para el Lote 8, solicitamos a la convocante suprimir el plazo de entrega de los Equipos en Comodatos establecido en las Especificaciones Técnicas donde se solicita que la instalación no debe exceder los 5 días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de servicio, y quede conforme a lo solicitado en el Plan de Entrega de Equipos en Comodatos en General, donde establece que el oferente tendrá un plazo de 60 días corridos a partir de la firma del Contrato, ya que las condiciones actuales del PBC puede generar confusión en los oferentes al momento de presentar sus ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 91 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EQUIPOS EN COMODATO
Para el Lote 9, solicitamos a la convocante suprimir el plazo de entrega de los Equipos en Comodatos establecido en las Especificaciones Técnicas donde se solicita que la instalación no debe exceder los 5 días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de servicio, y quede conforme a lo solicitado en el Plan de Entrega de Equipos en Comodatos en General, donde establece que el oferente tendrá un plazo de 60 días corridos a partir de la firma del Contrato, ya que las condiciones actuales del PBC puede generar confusión en los oferentes al momento de presentar sus ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 92 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Solicitamos a la convocante incluir como requisito para evaluar la capacidad técnica el siguiente documento emitido por la DNVS: “Resolución de Apertura vigente para fabricar, importar y/o comercializar Dispositivos Médicos emitido por la DNVS del MSPBS, en caso de encontrarse vencida se deberá presentar constancia emitida por la DNVS de que se encuentra en tramite de renovación”

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 93 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
En el punto i.) la convocante solicita la presentación de Registro sanitario vigente o la constancia en proceso de renovación para los INSUMOS y EQUIPOS EN COMODATO, en este punto solicitamos que el requisito del registro sanitario quede solo para los insumos, y no así para los equipos en comodato ya que lo requerido por el PBC corresponde a la adquisición de dispositivos médicos y no así a Equipos medicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 94 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
LOTE 8 ITEM 1 BOLSA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE TRIPLE CON ANTICOAGULANTE El PCB, solicita: Bolsas para extracción de sangre entera de 450 ml conteniendo de entre 60-65 ml de anticoagulante CPDA-1(adenina) para conservación por 35 días como mínimo. Solicitamos a la convocante ampliar la especificación técnica y se pueda cotizar indistintamente la Bolsas para extracción de sangre entera de 450 ml conteniendo de entre 60-65 ml de anticoagulante CPDA-1(adenina) y/o CPD/SAGM. Pedimos tengan en cuenta nuestra solicitud, debido a que la Bolsa Triple T&T CDP/SAGM, con anticoagulante CPD (citrato-fosfato-dextrosa), tiene el mismo efecto anticoagulante sobre la sangre total. Adicional, la combinación con SAGM (solución salina-adenina-glucosa-manitol) preserva los glóbulos rojos prolongando su almacenamiento hasta 42 días. Esta modificación de solución permite mantener las condiciones de proceso; a partir de una Bolsa triple T&T CDP/SAGM se obtiene una (1) unidad de concentrado de glóbulos rojos, una (1) unidad de Plasma Fresco Congelado y una (1) unidad de plaquetas a partir del método PRP (Plasma rico en plaquetas). La transferencia del SAGM al concentrado de Glóbulos rojos, es un proceso automático, que se realiza desde el equipo fraccionador.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 95 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Lote 13 ITEM 1 – LAMINAS PARA CONECTOR Para el lote 13 ítem 1 la convocante requiere la provisión de una cantidad total de 12.800 láminas para conector, luego en las especificaciones técnicas de los equipos en comodato del mismo Lote requiere la entrega de consumibles (cartuchos de empaque u obleas) en la cantidad acorde a los filtros adjudicados, es decir 14.581 unidades, al respecto solicitamos a la convocante aclarar si son cantidades independientes, ¿por lo que el oferente deberá entregar una cantidad total de 27.381?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las cantidades son independientes.		

Consulta 96 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Podría la convocante especificar si el Lote 18 – Hemograma deberá de ser de cargador automático y de carga continua y posiciones de emergencia?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 97 - IDENTIFICACION DE LA UNIDAD SOLICITANTE Y JUSTIFICACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Teniendo en cuenta que el presente llamado es para el Banco de Sangre del Hospital Nacional como también para el Centro Nacional de Servicio de Sangre, podría la convocante aclarar con relación a los Lote 16 – Kit de Hemograma Automatizado y Lote 18 - Hemograma para quien correspondería cada uno?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 98 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Podría la convocante especificar si para el Lote 18 – Hemograma cual será la velocidad del rendimiento mínimo que requiere del equipo solicitado, teniendo en cuenta el volumen de muestras al cual estaría destinado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 99 - ESPECIFICACIONES TECNICAS- EQUIPO EN COMODATO

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
¿Solicitamos a la convocante aclarar si los equipos en comodato a ser entregados, deberán ser nuevos y sin uso?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 100 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Podría la convocante especificar si para el Lote 18 – Hemograma necesitaran que sea con carga automática a través de racks de muestras? en caso de necesitar un equipo con cargador automático, donde solo se precise colocar las muestras en unos racks y que el equipo los procese solo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. La carga automática no es excluyente.		

Consulta 101 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Podría la convocante actualizar el precio referencial del Lote 18 – Hemograma, teniendo en cuenta que solicita un equipo de 5 poblaciones con análisis de fluidos corporales. Tomando a que en el Lote 16 un hemograma de 3 partes el precio referencial es de Gs. 16.600 y el Lote 18 es de tan solo Gs. 11.500. Por dicho motivo solicitamos elevar a Gs. 18.000 por determinación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Ajustarse al Dictamen Nº 382 y sus Complementos		

Consulta 102 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Solicitamos a la convocante verificar que en las Especificaciones Técnicas del Lote 16 indican que se deberán de entregar 2(dos) equipos automatizados, mientras que en las Especificaciones Técnicas para los lotes que contienen equipos en comodato se observa una discrepancia en el inciso del Equipo en Comodato del Lote 16 mencionando un equipo para Hemocultivo no así de Hemograma, solicitamos unificar y corregir en caso de un error.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 103 - ESPECIFICACIONES LOTE 16

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Con relación al Lote 16 ITEM 1 – Hemograma, la convocante hace mención a un equipo automatizado. Podría aclarar que el equipo solicitado corresponde a un equipo de tres partes y el mismo es semiautomatizado, pues no se observa en las especificaciones que debe ser de carga automática de muestras y por ende depende del operador para dicho efecto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 104 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Lote 1 – Especificaciones técnicas Se solicita amablemente a la convocante considerar para los ítems 1, 2, 3 y 4 la tecnología de aglutinación en microplaca, la misma es una técnica ampliamente utilizada en distintos bancos de sangre del mundo (Europa, USA y los Bancos más renombrados). Además, esto permitiría aumentar el número de oferentes y generar mayor participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 105 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Lote 1 – Especificaciones técnicas Se solicita amablemente a la convocante migrar la inclusión del anti D VI del ítem 1 al ítem 4. Esto es debido a que la tipificación del anti D VI no es necesaria en la primera etapa. Por lo que conviene que esté incluido en el ítem 4 “Kit para Detección de Antígeno D” que es específico para dicho antígeno y ya incluye el análisis para la detección de D débiles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 106 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Lote 1 – Lugares a ser instalado
Se solicita amablemente a la convocante aclarar donde serán instalados los 5 equipos automatizados. Además, se solicita analizar si será necesario dicha cantidad de equipos, ya que si se oferta equipos con un rendimiento mayor a 100 muestras en 3 horas no hará falta esa cantidad de equipos

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 107 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Lote 1 – Controles de calidad
Se solicita amablemente a la convocante aclarar si los controles que se deben proveer pueden ser internos y/o controles diarios, para mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 108 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS LOTES QUE CONTIENEN EQUIPOS EN COMODATO

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Validación por escrito Lotes 1 y 5
Se podría presentar una constancia de validación por escrito de uso satisfactorio emitido por uno de los centros de referencia de servicios de sangre del MSPBS (CENSSA y/o H. Nacional) teniendo en cuenta que la tecnología a ofertar ya tiene experiencia de uso en el MSPBS

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 109 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Lote 2 – EETT – ítem 1 al 5
Se solicita amablemente a la convocante para el ítem 1 donde solicita Suero Anti A que sea para tipificación ABO, para el ítem 2 donde solicita Suero Anti B que sea para tipificación ABO, para el ítem 3 donde solicita Suero Anti D e ítem 4 donde solicita Suerto Anti D (control) que sea para tipificación RH. Para el ítem 5 donde solicita Suerto Anti AB que sea para tipificación ABO. Esto debido a que cada ítem solicita un tipo de Suero Especifico y luego menciona que es para tipificación de todos (ABO, RH y fenotipificación RH y KELL).

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 110 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Lote 2 – EETT – ítem 6 Se solicita amablemente a la convocante aceptar donde dice "…suspensión tamponada al 3%..." aceptar "…suspensión tamponada entre el 2-4%...", este rango incluye el 3% solicitado y además permitirá la mayor participación de oferente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 111 - ESPECIFICACIONES Y PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Podría la convocante tener en cuenta que solicitando un equipo que procese fluidos corporales para el Lote 18 - Hemograma, limitaría a un equipo con carga automática, donde se pudieran cargar 50 muestras a la vez, siendo incluso de carga continua, donde el procesamiento es totalmente automatizado y muy diferente al equipo de tres poblaciones solicitado en el Lote 16 Ítem 1, el cual hablaríamos de un equipo semiautomatizado porque dependería del operador para el procesamiento de una muestra por vez. Teniendo en cuenta esto, favor reconsiderar para el Lote 18 elevar el precio referencial a 18000gs, a fin de guardar relación al precio puesto con las especificaciones solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Ajustarse al Dictamen Nº 382 y sus Complementos		

Consulta 112 - Lote 4 – EETT Ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Dentro del Lote 4 ítem 5 Solicita Suero Anti Kell y luego menciona fenotipificación RH y KELL. Se solicita modificar a solo "fenotipificación KELL" ya que RH no corresponde al ítem 5, sino a los ítems anteriores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones considerando que las características mencionadas en la consulta no son excluyentes		

Consulta 113 - Lote 4 – EETT – ítem 8

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante aceptar donde dice "…suspensión tamponada al 3%..." aceptar "…suspensión tamponada entre el 2-4%...", este rango incluye el 3% solicitado y además permitirá la mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 114 - Lote 4 – EETT – ítem 8

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante aclarar donde dice "…por aglutinación en tubo y/o microplaca compatible para tarjeta…" si se podría ofertar ser solo "por aglutinación en tubo" debido a que si es por tarjeta se requiere de 8%, no 3% para detección de Anticuerpos Irregulares (PAI)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 115 - Lote 5 – EETT

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante considerar para el comodato la metodología en gel o fase sólida en microplaca, la segunda es una técnica ampliamente utilizada en distintos bancos de sangre del mundo (Europa, USA y los Bancos más renombrados). Además, esto permitiría aumentar el número de oferentes y generar mayor participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 116 - Lote 5 – EETT ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante no considerar “suspensiones globulares” debido a que esto no permitiría ofertar tecnologías diferentes, por ejemplo, sistemas que utilizan células adheridas a la superficie. Este sistema permite tener una vigencia de 120 días desde la fabricación del reactivo, por lo cual se tendrá más tiempo para utilizarlo una vez llegado al centro. Además, este sistema permite ser almacenado a temperatura ambiente, lo que permite tener un mayor espacio en los equipos de refrigeración. Por último, se ahorrará tiempo porque no será necesario esperar a que los reactivos que estaban refrigerados se atemperen.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 117 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante que en el inciso i. ”Registro sanitario vigente o la constancia de encontrarse en proceso de renovación para los insumos y equipos en comodato emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria”, modificar de la siguiente manera: “Registro sanitario vigente o la constancia de encontrarse en proceso de inscripción u homologación para los insumos y equipos en comodato emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria” ”; para facilitar la competencia de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 118 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante que en el punto d. apartado b) “Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado”, modificar de la siguiente manera: “Para los Fabricantes y/o Oferentes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado”; para facilitar la competencia de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 119 - lote 2 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
-Se solicita amablemente a la convocante excluir la siguiente frase “y fenotipificación RH y KELL” en la descripción “Reactivo para Determinación de Grupo Hemático ABO”, debido a que los reactivos solicitados no corresponden a la fenotipificacion KELL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 120 - lote 2 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante considerar en el ítem 6 “Panel de glóbulos rojos detector” una suspensión tamponada en un rango del 3 al 5 %, debido a que en la mayoría de las bibliografías se sugiere utilizar dicho rango de concentraciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 121 - lote 29

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante considerar por separado el Lote 29 que contiene el ítem 1 e ítem 2 Contenedor para objetos cortopunzantes, ya que los mismos no son dependientes entre sí		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 122 - lote 35

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Lote 35: Se solicita amablemente a la convocante para la Gradilla para tubos considerar la presentación de “y/o desmontable” para una mayor cantidad de oferentes, y además especificar a qué se refiere con el formato de presentación “aletas que sujetan el tubo”.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 123 - lote 21

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Para el Lote 21 item 1 Solicitan SET PARA BOMBA DE INFUSION DE SANGRE PARA PEDIATRA y en sus especificaciones técnicas solicitan con casete doble canal (canal dual); Solicitamos a la convocante que este punto casete doble canal sea opcional ya que va dirigido directamente a una sola empresa que seria infotec para su marca ICU MEDICAL, o bien hubieran colocado en las especificaciones técnicas directamente su marca así ya no participamos de dicha licitación o mas bien pueden realizan y compra por via de la excepción con la marca ICU MEDICAL.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones :
Se consideran las siguientes justificaciones:
 La tecnología con "casette" permite que la infusión pueda llevarse a cabo administrando paquetes globulares sanguíneos sin lesionar sus membranas, evitando potenciales hemólisis. Se recuerda que el sistema de bombeo es mediante purga, generando presión negativa, permitiendo la infusión. Este procedimiento podría llevarse a cabo sin inconvenientes para los medicamentos o soluciones fisiológicas, pero en la administración de sangre podría lesionar irreversiblemente las células, generando hemólisis, que a su vez producirían eventos adversos a la transfusión no logrando el efecto deseado en la terapia transfusional indicada.
 El uso de bombas especiales adaptadas a casette atrapa burbujas permite que el bombeo sea accionado por pistón sin posibilidad de lesión celular, considerando que el material a ser infundido es concentrado de glóbulos rojos o plaquetas (fluido biológico de alta viscosidad) que en caso de utilizar bombas que accionan directamente sobre la tubuladura podría generar hemólisis, lo que conllevaría a errores transfusionales, es por ello que se solicita set especiales considerando el uso en pediatría, destacando que en los estándares de trabajo para servicios de sangre a nivel mundial y en el protocolo de seguridad transfusional se exige: No añadir a la bolsa medicamentos o aire-No infundir por la misma vía otro fármaco de forma simultánea.
 Se requiere de doble canal considerando que el material a ser infundido es concentrado de glóbulos rojos, fluido biológico de alta viscosidad que en caso de formarse burbujas podría ocasionar inconvenientes al momento de infundirlo, requiriendo un sistema de eliminación de burbujas sin la necesidad de manipulación de tubuladuras, que podrían hemolizar (ruptura celular) del material a infundir, además, con el canal dual se permite eliminar burbujas mediante el manejo de aire en la cámara atrapa burbujas sin desconectar al paciente, lo que permite un sistema de mayor bioseguridad al personal de enfermería.

Consulta 124 - lote 21

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Para el Lote 21 item 2 Solicitan SET PARA BOMBA DE INFUSION DE SANGRE PARA ADULTO y en sus especificaciones técnicas solicitan con casete doble canal (canal dual); Solicitamos a la convocante que este punto casete doble canal sea opcional ya que va dirigido directamente a una sola empresa que seria infotec para su marca ICU MEDICAL, o bien hubieran colocado en las especificaciones técnicas directamente su marca así ya no participamos de dicha licitación o mas bien pueden realizan y compra por via de la excepción con la marca ICU MEDICAL.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones : Se consideran las siguientes justificaciones: La tecnología con "casette" permite que la infusión pueda llevarse a cabo administrando paquetes globulares sanguíneos sin lesionar sus membranas, evitando potenciales hemólisis. Se recuerda que el sistema de bombeo es mediante purga, generando presión negativa, permitiendo la infusión. Este procedimiento podría llevarse a cabo sin inconvenientes para los medicamentos o soluciones fisiológicas, pero en la administración de sangre podría lesionar irreversiblemente las células, generando hemólisis, que a su vez producirían eventos adversos a la transfusión no logrando el efecto deseado en la terapia transfusional indicada. El uso de bombas especiales adaptadas a casette atrapa burbujas permite que el bombeo sea accionado por pistón sin posibilidad de lesión celular, considerando que el material a ser infundido es concentrado de glóbulos rojos o plaquetas (fluido biológico de alta viscosidad) que en caso de utilizar bombas que accionan directamente sobre la tubuladura podría generar hemólisis, lo que conllevaría a errores transfusionales, es por ello que se solicita set especiales considerando el uso en pediatría, destacando que en los estándares de trabajo para servicios de sangre a nivel mundial y en el protocolo de seguridad transfusional se exige: No añadir a la bolsa medicamentos o aire-No infundir por la misma vía otro fármaco de forma simultánea. Se requiere de doble canal considerando que el material a ser infundido es concentrado de glóbulos rojos, fluido biológico de alta viscosidad que en caso de formarse burbujas podría ocasionar inconvenientes al momento de infundirlo, requiriendo un sistema de eliminación de burbujas sin la necesidad de manipulación de tubuladuras, que podrían hemolizar (ruptura celular) del material a infundir, además, con el canal dual se permite eliminar burbujas mediante el manejo de aire en la cámara atrapa burbujas sin desconectar al paciente, lo que permite un sistema de mayor bioseguridad al personal de enfermería.

Consulta 125 - LOTE 8 y LOTE 9 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Para garantizar la correcta separación de los componentes sanguíneos en el proceso de centrifugación se sugiere a la convocante incluir balanzas de pesaje para el correcto equilibrio y garantizar el buen funcionamiento de la centrífuga.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Según las EETT descriptas el proveedor tiene que garantizar el funcionamiento permanente de los equipos y los costos del servicio de Mantenimiento preventivo, correctivo y la instalación del equipo deberán estar a cargo del proveedor quien tiene que efectuar una prueba de funcionamiento en presencia del responsable del área.

Consulta 126 - LOTE 8 y LOTE 9 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Se solicita a la convocante especificar la cantidad mínima de pruebas de validación requerida.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 127 - LOTE 9 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se solicita a la convocante aclarar si el lote requiere de muestras para su evaluación y especificar la cantidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 128 - LOTE 13 - ITEM 1 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
LAMINAS PARA CONECTOR: Según el PBC se solicita: (Laminas para conector estéril tipo obleas o cuchillas para corte térmico, para su uso en sellado estéril de tubuladura de bolsa de hemocomponente, la unión de las dos líneas debe conectarse en una sola, sin resto de las tubuladuras en el mismo momento de la unión (en un solo paso), evitando la eliminación manual de restos de tubuladuras y evitando cambio de lámina entre uniones sucesivas, compatible con equipo conector estéril que deberá ser acompañado como equipo en comodato de este lote. Caja x 70 unidades como mínimo), haciendo referencia al equipo TSCD de la marca Terumo . Para dar oportunidad a los demás oferentes, se podría ofertar cartuchos de empaque de fácil manejo que realicen conexión estéril en un sistema totalmente cerrado entre tubuladuras de diferentes diámetros por medio de alta frecuencia, que no utiliza cuchillas de cobre y no genera desechos contaminantes y reduce la exposición del operador.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. Se pueden ofertar laminas de conexión estéril que cumplan con las EETT solicitadas para las uniones en un solo paso, que permita realizar procesos inmediatos y consecutivos sin remoción de tubuladura remanente		

Consulta 129 - LOTE 14 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Solicitamos amablemente a la convocante aclare cuanto sigue: Kit para colecta de plaquetas, plasma y glóbulos rojos en donantes (multifunción). Ya que para realizar Eritroaferesis y obtener como producto final hematíes se requiere de insumos adicionales como la solución aditiva para Glóbulos Rojos. Además, se entiende que el lote esta formulado para la obtención de plaquetas o en su efecto plaquetas/plasma, no así de Glóbulos rojos, ya que lo que se busca con dicho kit de plaquetaferesis es que el donante pueda donar en un corto lapso de tiempo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. Se podrá sacar todos los productos que permita el donante y cumpla con los requisitos. La empresa deberá proveer de solución aditiva para glóbulos rojos en caso de necesidad. Lo que se busca con el Kit de Plaquetaferesis, es sacarle el mayor provecho ya sea con plasma, glóbulos rojos o plaquetas		

Consulta 130 - LOTE 14 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Donde dice: Kit para colecta de plaquetas, plasma y glóbulos rojos en donantes (multifunción) con Solución ACD y para dar participación igualitaria a los oferentes se podría ofertar Kit de aféresis para plaquetas en donde se pueda obtener como producto final tanto plaquetas como plasma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. Se podrá sacar todos los productos que permita el donante y cumpla con los requisitos. La empresa deberá proveer de solución aditiva para glóbulos rojos en caso de necesidad. Lo que se busca con el Kit de Plaquetaferesis, es sacarle el mayor provecho ya sea con plasma, glóbulos rojos o plaquetas		

Consulta 131 - LOTE 14 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Favor aclarar si los equipos deben estar enlazados al sistema de gestión de la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 132 - LOTE 15 - Item 2 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se podría ofertar adicionalmente al lote un equipo para plasmaferesis en donantes que agiliza la recolección de plasma , obteniendo asi plasma de alta calidad ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. En las Especificaciones Técnicas se solicita un solo equipo por cada hospital que realice los 4 procedimientos requeridos dentro del Lote, debido a que solicitar un equipo adicional implicaría tener más de un equipo por centro, lo que no es posible actualmente por la falta de espacio y de Recursos Humanos Especialistas disponibles, que serían los responsables de los procedimientos por centro, además la cantidad de donantes de aféresis y de pacientes que requieren procedimientos de aféresis terapéutica por centro no justifica actualmente tener equipos por separado.		

Consulta 133 - LOTE 15 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se podría ofertar un equipo de aferesis terapeutica con un sellador de tubos como adjunto y no incorporado al equipo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. El sellador debe estar incorporado al equipo, debido a que el mismo es transportado a los diferentes servicios intrahospitalarios incluido áreas como la Unidad de Terapia Intensiva (pediátrica o adulta) en donde los espacios de trabajo son reducidos, debido a los múltiples equipamientos que se encuentran como soporte del paciente, además por seguridad es necesario que esté incorporado al equipo para evitar extravíos o accidentes de caída durante el transporte y estadía en las salas de internación.		

Consulta 134 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Demostrar la experiencia en PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS, con facturaciones de venta y/o contratos ejecutados por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2019 2020-2021. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado, Solicitamos a la convocante que este apartado quede de la siguiente manera. Demostrar la experiencia en PROVISION DE REACTIVOS Y/O INSUMOS MEDICOS , con facturaciones de venta y/o contratos ejecutados por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2019 2020-2021. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.

Consulta 135 - 1- Lote N° 24 item N°1 Clorhexidina gluconato + sol. Isopropanolica liquido

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Solicitamos a la convocante ampliar las EETT y la presentacion de entrega solicitada a FRASCO X 1 LITRO + dispensador/aplicador, ya que esta es la presentacion que sería útil para la asepcia de la piel previa a la flebotomia o venopunción.
La presentacion de 250 ml como máximo solicitada en el pliego limita de manera innecesaria la competencia y creemos conveniente mencionar que dentro del mercado local no existen productos autorizados por la DNVS que puedan ser comercializados en esa presentacion.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. Los frascos deben ser distribuidos en los lugares de atención a donantes y pacientes, por lo que se requiere frascos de volumen máximo de 250 mL.

Consulta 136 - LOTE N° 30 Detergente no iónico

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Solicitamos a la convocante pueda aclarar cual sería le uso que la misma otorgaría a dicho producto? Ya que si la misma requiere de dicho detergente para el lavado de instrumentales/ insumos de laboratorios la convocante debe solicitar un DETERGENTE NO IONICO CON ENZIMAS (minimo con 4 enzimas) para mayor seguridad de limpieza y remoción de residuos orgánicos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. El contenido de Enzimas no es excluyente

Consulta 137 - LOTE N° 30 Detergente no iónico

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Sería tan amable la convocante de aclarar si el producto solicitado en el lote en cuestión debería ser un Detergente Multienzimatico (4 ENZIMAS proteasa, lipasa, amilasa y carbohidrasa) como minimo ??

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. El contenido de Enzimas no es excluyente

Consulta 138 - LOTE N° 30 Detergente no iónico

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Solicitamos a la CONVOCANTE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL LOTE n°30 debiendo quedar la misma de la siguiente manera “Detergente Multienzimatico (4 ENZIMAS proteasa, lipasa, amilasa y carbohidrasa) para limpieza de alto nivel de material quirúrgico/laboratorio. Con dilución de 1 ml por cada 1 litro de agua para mayor rendimiento.” Accediendo la convocante a modificar las EETT de la manera detallada mas arriba, la misma se aseguraría de adquirir un producto de buena calidad y con el beneficio de que el mismo brinde rendimiento de uso para la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. El contenido de Enzimas no es excluyente		

Consulta 139 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante aclarar las especificaciones técnicas del Hemocultivo. En el Detalle de los productos figura para el lote 17 Hemocultivo Adulto c/ inhibidor y en las Especificaciones técnicas para equipos en comodato figura como lote 16.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 140 - LOTE 1 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante aclarar lo siguiente, ¿El proveedor debería entregar adicional a los controles internos, los controles de calidad externos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 141 - LOTE 5 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante aclarar lo siguiente, ¿El proveedor debería entregar adicional a los controles internos, los controles de calidad externos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 142 - LOTE 6 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante aclarar lo siguiente, ¿El proveedor debería entregar adicional a los controles internos, los controles de calidad externos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 143 - LOTE 2 - ITEM 6 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante aclarar lo siguiente. Acorde al PBC; Los paneles deberán ser entregados según cronograma consensuado entre el proveedor y los servicios de sangre. ¿A los efectos de considerar los costos de envío, el proveedor debería encargarse de esta logística?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. Es responsabilidad del proveedor la entrega de los productos según cronograma consensuado y la logística que requiera.		

Consulta 144 - LOTE 4 - ITEM 8 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante aclarar lo siguiente. Acorde al PBC; Los paneles deberán ser entregados según cronograma consensuado entre el proveedor y los servicios de sangre. ¿A los efectos de considerar los costos de envío, el proveedor debería encargarse de esta logística?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. Es responsabilidad del proveedor la entrega de los productos según cronograma consensuado y la logística que requiera.		

Consulta 145 - LOTE 3 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante aclarar lo siguiente. ¿El oferente deberá entregar impresora de etiquetas? En ese caso, favor especificar cantidades y características.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. Las EETT menciona solo los consumibles para las impresiones		

Consulta 146 - LOTE 13 - ITEM 1 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
LAMINAS PARA CONECTOR: Según el PBC se solicita: (Laminas para conector estéril tipo obleas o cuchillas para corte térmico, para su uso en sellado estéril de tubuladura de bolsa de hemocomponente, la unión de las dos líneas debe conectarse en una sola, sin resto de las tubuladuras en el mismo momento de la unión (en un solo paso), evitando la eliminación manual de restos de tubuladuras y evitando cambio de lámina entre uniones sucesivas, compatible con equipo conector estéril que deberá ser acompañado como equipo en comodato de este lote. Caja x 70 unidades como mínimo), haciendo referencia al equipo TSCD de la marca Terumo . Para dar oportunidad a los demás oferentes, y no limitar la participación, ya que evidentemente se encuentra dirigida a la marca TERUMO, se consulta respetuosamente a la Convocante la posibilidad de ofertar cartuchos de empaque de fácil manejo que realicen conexión estéril en un sistema totalmente cerrado entre tubuladuras de diferentes diámetros por medio de alta frecuencia, que no utiliza cuchillas de cobre y no genera desechos contaminantes y reduce la exposición del operador.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. Se podrán ofertar láminas para conexión estéril que cumplan con las EETT solicitadas para las uniones en un solo paso, que permita realizar procesos inmediatos y consecutivos, sin remoción de tubuladura remanente		

Consulta 147 - LOTE 14 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Solicitamos amablemente a la convocante aclare cuanto sigue: Kit para colecta de plaquetas, plasma y glóbulos rojos en donantes (multifunción). Ya que para realizar Eritroaferesis y obtener como producto final hematíes se requiere de insumos adicionales como la solución aditiva para Glóbulos Rojos. Además, se entiende que el lote esta formulado para la obtención de plaquetas o en su efecto plaquetas/plasma, no así de Glóbulos rojos, ya que lo que se busca con dicho kit de plaquetaferesis es que el donante pueda donar en un corto lapso de tiempo, por ende solicitamos a la Convocante reformular dicho requerimiento ya que originalmente se encuentra dirigida a una marca especifica, y limitar la participación de un numero mayor de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. Se podrá sacar todos los productos que permita el donante y cumpla con los requisitos. La empresa deberá proveer de solución aditiva para glóbulos rojos en caso de necesidad. Lo que se busca con el Kit de Plaquetaferesis, es sacarle el mayor provecho ya sea con plasma, glóbulos rojos o plaquetas.

Consulta 148 - LOTE 14 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Donde dice: Kit para colecta de plaquetas, plasma y glóbulos rojos en donantes (multifunción) con Solución ACD y para dar participación igualitaria a los oferentes se podría ofertar Kit de aféresis para plaquetas en donde se pueda obtener como producto final tanto plaquetas como plasma, ya que originalmente el requerimiento se encuentra dirigido a una marca específica, limitando la participación de un número mayor de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. Se podrá sacar todos los productos que permita el donante y cumpla con los requisitos. La empresa deberá proveer de solución aditiva para glóbulos rojos en caso de necesidad. Lo que se busca con el Kit de Plaquetaferesis, es sacarle el mayor provecho ya sea con plasma, glóbulos rojos o plaquetas.

Consulta 149 - LOTE 15 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023

Se podría ofertar un equipo de aféresis terapéutica con un sellador de tubos como adjunto y no incorporado al equipo?, ya que actualmente el equipo solicitado se encuentra dirigido a una marca específica, limitando la participación de un número mayor de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023

Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. El sellador debe estar incorporado al equipo, debido a que el mismo es transportado a los diferentes servicios intrahospitalarios incluido áreas como la Unidad de Terapia Intensiva (pediátrica o adulta) en donde los espacios de trabajo son reducidos, debido a los múltiples equipamientos que se encuentran como soporte del paciente, además por seguridad es necesario que esté incorporado al equipo para evitar extravíos o accidentes de caída durante el transporte y estadía en las salas de internación.

Consulta 150 - LOTE 15 - Item 2 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se podría ofertar adicionalmente al lote un equipo para plasmaferesis en donantes que agiliza la recolección de plasma , obteniendo así plasma de alta calidad?, permitiendo así la participación de un número mayor de oferentes, ya que actualmente es imposible que otra marca cumpla con el requerimiento solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. En las Especificaciones Técnicas se solicita un solo equipo por cada hospital que realice los 4 procedimientos requeridos dentro del Lote, debido a que solicitar un equipo adicional implicaría tener más de un equipo por centro, lo que no es posible actualmente por la falta de espacio y de Recursos Humanos Especialistas disponibles, que serían los responsables de los procedimientos por centro, además la cantidad de donantes de aféresis y de pacientes que requieren procedimientos de aféresis terapéutica por centro no justifica actualmente tener equipos por separado.		

Consulta 151 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	09-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante excluir el punto i. “Registro sanitario vigente o la constancia de encontrarse en proceso de renovación para los insumos y equipos en comodato emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria”. Considerar que la entidad regulatoria DINAVISA no emite constancia de registro sanitario parcial ni de renovación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 152 - LOTE 15 - Item 4 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2023
Se solicita a la convocante separar el ítem en un lote nuevo, teniendo en cuenta que el lote hace referencia a un equipo terapéutico, el ítem en mención es para recolección, osea donantes. Teniendo en cuenta que teniendo otro equipo para aféresis de plaquetas posibilitará a que el servicio de terapéutico siempre tenga activo el equipo terapéutico, sin necesidad de usarlo para donantes de plaquetas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC. Teniendo en cuanta las siguientes justificaciones: □ En las Especificaciones Técnicas se solicita un solo equipo por cada hospital que realice los 4 procedimientos requeridos dentro del Lote, debido a que solicitar un equipo adicional implicaría tener más de un equipo por centro, lo que no es posible actualmente por la falta de espacio y de Recursos Humanos Especialistas disponibles, que serían los responsables de los procedimientos por centro, además la cantidad de donantes de aféresis y de pacientes que requieren procedimientos de aféresis terapéutica por centro no justifica actualmente tener equipos por separado. □ En caso de separar se debería considerar un incremento sustancial en el costo del producto a ser adjudicado, ya que para cada centro médico hospitalario se tendría 2 lotes adjudicados con 2 equipamiento diferentes, requeridos en comodato. Sabiendo que los costos de los equipos en comodato son amortizados en el costo final del producto ofertado, esta petición afectaría significativamente el costo final.		

Consulta 153 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante excluir el punto i. “Registro sanitario vigente o la constancia de encontrarse en proceso de renovación para los insumos y equipos en comodato emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria”. Considerar que la entidad regulatoria DINAVISA no emite constancia de registro sanitario parcial ni de renovación, por ende NO corresponde solicitar dicho documento, eso se ha visto en otros llamados del Ministerio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 154 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2023
Demostrar la experiencia en PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS, con facturaciones de venta y/o contratos ejecutados por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2019 2020-2021. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado, Solicitamos a la convocante que este apartado quede de la siguiente manera. Demostrar la experiencia en PROVISION DE REACTIVOS Y/O INSUMOS MEDICOS , con facturaciones de venta y/o contratos ejecutados por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2019 2020-2021. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 155 - Lote 13 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2023
Para el lote 13 ítem 3 Filtros de plaquetas se consulta si se puede ofertar filtros que cumplan las especificaciones mencionadas y además tengan tubuladuras extras para conexión a varias unidades de plaquetas, a una bolsa de plaquetas para pool y a una tubuladura para conexión a bolsa de plasma o solución		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC, considerando que las características mencionadas en la consulta no son excluyentes		

Consulta 156 - Lote 1 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante migrar la inclusión del anti D VI del ítem 1 al ítem 4. Esto es debido a que la tipificación del anti D VI no es necesaria en la primera etapa, debido a que las muestras que den un resultado negativo para el Rh serán sometidas posteriormente a las pruebas de D débil solicitadas en el ítem 4 de este mismo lote. Al detectar el D VI en esta etapa se puede tipificar al donante erroneamente como Rh positivo cuando en realidad es D parcial categoría VI, lo que llevaría a confusión posterior en caso que el donante se paciente en el futuro		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 157 - Lote 2 – EETT – ítem 6

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante aceptar donde dice "…suspensión tamponada al 3%..." aceptar "…suspensión tamponada entre el 2-4%...", cumpliendo su función principal que es la de detectar los anticuerpos ABO solicitados y además permitirá la mayor participación de oferentes y fomentará la libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 158 - Lote 4 – EETT – ítem 8

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante aclarar donde dice "…por aglutinación en tubo y/o microplaca compatible para tarjeta…" si se podría ofertar ser solo "por aglutinación en tubo". Se necesita concentración de 0.8% para tarjetas por lo que el pedir que sean compatibles para tarjetas no es congruente con el pedido inicial de células a una concentración mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 159 - Lote 5 – EETT ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante no considerar "suspensiones globulares" debido a que esto no permitiría ofertar tecnologías diferentes como el sistema de captura, que utiliza células adheridas a la superficie de los micorpocillos, las celulas pueden almacenarse a temperatura ambiente lo que otorga mayor espacio en los equipos de refrigeración y no hace falta esperar a que se atemperen los reactivos. Adicionalmente la tecnología de Captura ha demostrado ser una tecnología más sensible para la detección de anticuerpos de significado clínco. por lo que se pide que se retire la solicitud de suspensiones globulares para fomentar la mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-05-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 160 - LOTE 18

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
Solicitan velocidad de rendimiento mínimo requerida para el equipo solicitado de 40 a 60 muestras por hora. Se solicita ampliar a un contador hematológico puede de mas de 60 muestras por hora, por ejemplo 70 muestras por hora. Considerando que la velocidad es un requisito favorable, solicitamos no limitar a 60 muestras por hora.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 161 - lote 16- Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
Se solicita a la convocante favor aclarar si (con equipo contador semi automatizado mínimo de 9 parámetros) se estaría refiriendo a contador sin autocargador?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC		

Consulta 162 - LOTE 35 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
Se solicita a la convocante considerar la presentación de gradilla de plástico con capacidad para 50 tubos y con o sin aleta para dar lugar a mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC		

Consulta 163 - LOTE 35 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
Se solicita a la convocante considerar la presentación de gradilla de plástico con capacidad para 90 o 100 tubos y con o sin aleta para dar lugar a mayor cantidad de oferentes .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC		

Consulta 164 - VENCIMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
En donde dice: VENCIMIENTO: PARA LOS REACTIVOS E INSUMOS EN GENERAL que no son especificadas sus vencimientos dentro de las Especificaciones Técnicas se tendrá el cuenta el siguiente vencimiento: El vencimiento mínimo de los reactivos e insumos deberá ser de 12 (doce) meses al momento de la entrega en los lugares indicados para la entrega, se solicita amablemente a la convocante considerar el vencimiento de los Lote 8 ítems 1y 2, Lote 14 ítem 1 y Lote 15 ítems 1,2,3,4, de 12 meses como mínimo al momento de la entrega.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 165 - REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
En el punto i.) la convocante solicita la presentación de Registro sanitario vigente o la constancia de encontrarse en proceso de inscripción u homologación para los insumos y equipos en comodato, en este punto solicitamos que el requisito del registro sanitario quede solo para los insumos (Dispositivos Médicos), y no así para los equipos en comodato ya que lo requerido por el PBC corresponde a la adquisición de dispositivos médicos y no así a Equipos médicos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 166 - PLAN DE ENTREGA EQUIPOS EN COMODATO

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
Para el Lote 8, solicitamos a la convocante aclarar ¿Cuál sería el plazo de Entrega de los Equipos en Comodato? , teniendo en cuenta que lo establecido en las Especificaciones Técnicas de Equipos en Comodato se solicita que la instalación no debe exceder los 30 días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de servicio, mientras que en el Plan de Entrega de Equipos en Comodatos en General establece que el oferente tendrá un plazo de 60 días corridos a partir de la firma del Contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC		

Consulta 167 - PLAN DE ENTREGA EQUIPOS EN COMODATO

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
Para el Lote 9, solicitamos a la convocante aclarar ¿Cuál sería el plazo de Entrega de los Equipos en Comodato? teniendo en cuenta que lo establecido en las Especificaciones Técnicas de Equipos en Comodato se solicita que la instalación no debe exceder los 30 días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de servicio, mientras que en el Plan de Entrega de Equipos en Comodatos en General establece que el oferente tendrá un plazo de 60 días corridos a partir de la firma del Contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC		

Consulta 168 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
REFERENCIAL Lote 8 ITEM 2 – BOLSA DE TRANSFERENCIA PARA SANGRE Solicitamos a la convocante adecuar y actualizar el precio referencial a GS. 49.500 a fin de permitir mayor participación a potenciales oferentes, ya que el precio propuesto se encuentra desfasado a los precios del mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Ajustarse al Dictamen Nº 382 y sus Complementos		

Consulta 169 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
Lote 8 ITEM 1 – BOLSA PARA EXTRACCION DE SANGRE TRIPLE Solicitamos a la convocante adecuar y actualizar el precio referencial a GS. 165.000 a fin de permitir mayor participación a potenciales oferentes, ya que el precio propuesto se encuentra desfasado a los precios del mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Ajustarse al Dictamen Nº 382 y sus Complementos		

Consulta 170 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
Lote 10 ITEM 1 – EQUIPO DE TRANSFUSION CON FILTRO Solicitamos a la convocante ajustar el precio referencial a Gs. 22.000, ya que creemos que se incurrió en un error involuntario al momento de transcribir los precios de acuerdo a la estimación de costos publicados en el portal del SICP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Ajustarse al Dictamen Nº 382 y sus Complementos		

Consulta 171 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
PRECIO REFERENCIAL Lote 11 ITEM 1 – EQUIPO VOLUTROL MACROGOTERO PARA SOLUCIONES Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Lote 11 Ítem 1 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 33.000.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Ajustarse al Dictamen Nº 382 y sus Complementos		

Consulta 172 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
PRECIO REFERENCIAL Lote 13 ITEM 2 – FILTRO PARA LEUCOCITOS DE GLOBULOS ROJOS Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Lote 13 Ítem 2 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 220.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Ajustarse al Dictamen Nº 382 y sus Complementos		

Consulta 173 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
PRECIO REFERENCIAL Lote 13 ITEM 3 – FILTRO PARA LEUCOCITOS DE PLAQUETAS Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Lote 13 Ítem 3 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 275.000.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Ajustarse al Dictamen Nº 382 y sus Complementos		

Consulta 174 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
Lote 18 ITEM 1 - HEMOGRAMA Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Lote 18 Ítem 1 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 18.000		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Ajustarse al Dictamen Nº 382 y sus Complementos		

Consulta 175 - EQUIPO EN COMODATO

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
LOTE 8: SOLICITAMOS ACLARAR SI LOS EQUIPOS EN COMODATOS DEBERAN SER NUEVOS Y SIN USO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC		

Consulta 176 - EQUIPO EN COMODATO

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
LOTE 9: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LOS EQUIPOS EN COMODATOS PARA EL LOTE 9 DEBERAN SER NUEVOS Y SIN USO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC		

Consulta 177 - Lote 4 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante considerar revaluar los precios referenciales debido a que se encuentran bajos de acuerdo al mercado, dando oportunidad a la participación de a los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Ajustarse al Dictamen Nº 382 y sus Complementos		

Consulta 178 - ESPECIFICACIONES TECNICAS-LOTE 8 ITEM 1.

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
LOTE 8 ITEM 1 BOLSA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE TRIPLE CON ANTICOAGULANTE El PCB, solicita: Bolsas para extracción de sangre entera de 450 ml conteniendo de entre 60-65 ml de anticoagulante CPDA-1(adenina) para conservación por 35 días como mínimo. Solicitamos a la convocante se pueda ampliar la especificación técnica y se pueda cotizar indistintamente la Bolsas para extracción de sangre entera de 450 ml conteniendo de entre 66-68 ml de anticoagulante CPDA-1(adenina) y/o CPD/SAG-M ya que la combinación con SAG-M la vida de los glóbulos rojos se prolonga a 42 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		

Consulta 179 - ESPECIFICACIONES TECNICAS-LOTE 9 ITEM 1.

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2023
LOTE 9 ITEM 1 BOLSA CUADRUPLE CPD/SAG-M TOP AND TOP, Solicitamos a la convocante se pueda ampliar la especificación técnica y se pueda cotizar indistintamente bolsa quíntuple 63 ml CPD/ 100 ml SAG-M, para la obtención de glóbulos rojos, plaquetas y plasma con volumen de hasta 600 ml para las bolsas satélites, de manera a dar oportunidad a más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y a las ultimas modificaciones introducidas al PbyC		

Consulta 180 - Registro sanitario otorgado por la DNVS

Consulta	Fecha de Consulta	31-05-2023
Con respecto al requisito de registro sanitario solicitado para insumos y equipos en comodato, sugerimos a la convocante modificar dicho apartado de la siguiente manera: Se deberá presentar Registro sanitario vigente, en caso de encontrarse vencido se deberá acompañar la constancia de trámite de renovación PARA INSUMOS y DISPOSITIVOS MÉDICOS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-06-2023
Favor considerar las ultimas modificaciones introducidas al PbyC.		