

## Consultas Realizadas

# Licitación 421923 - ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO -AD REFERENDUM 2023, 2024 y 2025.

### Consulta 1 - plazo de entrega de los bienes

| Consulta  | Fecha de Consulta | 29-11-2022 |
|---|-------------------|------------|
| SOLICITAMOS AMABLEMENTE considerar ampliar el plazo de entrega minimo 60 días máximo 90 días tener en cuenta que los reactivos solicitados son específicos y eso limita que los proveedores lo tengan en stock para entrega inmediata |                   |            |

| Respuesta                       | Fecha de Respuesta | 30-11-2022 |
|---------------------------------|--------------------|------------|
| AMPLIAREMOS EL PLAZO DE ENTREGA |                    |            |

### Consulta 2 - CONTRATO ABIERTO

| Consulta   | Fecha de Consulta | 05-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| favor aclarar si seria o no contrato abierto ya que no aparecen cantidad mínimas y máximas en el PBC ni en los ítems solicitados . |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 05-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| Características Especiales Contrato Abierto Presupuesto Pendiente de Aprobación Plurianual Pliego Electrónico<br><br>MONTO ESTIMADO 980.000.000 |                    |            |

### Consulta 3 - ITEM 23 LOTE 2

| Consulta  | Fecha de Consulta | 05-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Favor aclarar la medida y tipo de franja que se necesita en el item 23 del LOTE 2 |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Papel de filtro cualitativo, medida Ø 150 mm, caja por 100 unidades. |                    |            |

### Consulta 4 - ítem 13 LOTE 2

| Consulta   | Fecha de Consulta | 05-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| favor especificar cantidad mínima de cada caja y también el tamaño solicitado para el ítem 13 lote 2 |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Guante de Nitrilo, tamaño P, M y G, 10 cajas x 100 unidades cada uno |                    |            |

## Consulta 5 - ítem 13 LOTE 2

| Consulta  | Fecha de Consulta | 05-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos amablemente a la convocante aclarar en el ítem 13 del LOTE 2 que tamaño de guantes es lo solicitado y la cantidad mínima que debe contener cada caja cotizada |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 06-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Guante de Nitrilo, tamaño P, M y G, 10 cajas x 100 unidades cada uno |                    |            |

## Consulta 6 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 14 - Matraz aforado de 25 ml

| Consulta   | Fecha de Consulta | 12-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Favor indicar si se puede ofertar matraz aforado de 25 ml, de vidrio color ambar, con tapa plástica. |                   |            |

| Respuesta           | Fecha de Respuesta | 15-12-2022 |
|---------------------|--------------------|------------|
| vidrio transparente |                    |            |

## Consulta 7 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 15 - Matraz aforado de 50 ml

| Consulta   | Fecha de Consulta | 12-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Favor indicar si se puede ofertar matraz aforado de 50 ml, de vidrio color ambar, con tapa plástica. |                   |            |

| Respuesta           | Fecha de Respuesta | 15-12-2022 |
|---------------------|--------------------|------------|
| vidrio transparente |                    |            |

## Consulta 8 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 22 - Laminillas cubre objetos

| Consulta  | Fecha de Consulta | 12-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Favor indicar si se pueden ofertar láminas cubreobjeto de 24 x 40mm, ya que en la especificación no se indican las medidas. |                   |            |

| Respuesta           | Fecha de Respuesta | 15-12-2022 |
|---------------------|--------------------|------------|
| medidas 22 x 22 mm. |                    |            |

## Consulta 9 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 23 - Papel de filtro cualitativo

| Consulta  | Fecha de Consulta | 12-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Favor indicar si se puede ofertar papel de filtro de 12,5 cm de diámetro, ya que en la especificación no se indica el diámetro. |                   |            |

| Respuesta                              | Fecha de Respuesta | 15-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| papel de filtro de 12,5 cm de diámetro |                    |            |

### Consulta 10 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 25 - Pipeta aforada de 0,1 ml, autoclavables

| Consulta   | Fecha de Consulta | 12-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Favor indicar si se puede ofertar pipeta doble aforo de vidrio de 0,5 ml, ya que actualmente ya no se fabrica de 0,1ml |                   |            |

| Respuesta                                  | Fecha de Respuesta | 15-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| si, pipeta doble aforo de vidrio de 0,5 ml |                    |            |

### Consulta 11 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 26 - Pipeta aforada de 1 ml, autoclavables

| Consulta   | Fecha de Consulta | 12-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Favor indicar si se puede ofertar pipeta de vidrio aforada, de 1 aforo, ya que en las especificaciones no se indica cantidad de aforos |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 15-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| pipeta de vidrio doble aforada de 1 ml autoclavables. |                    |            |

### Consulta 12 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 27 - Pipeta aforada de 5 ml, autoclavables

| Consulta   | Fecha de Consulta | 12-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Favor indicar si se puede ofertar pipeta de vidrio aforada, de 5 aforo, ya que en las especificaciones no se indica cantidad de aforos |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 15-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| - Pipeta aforada de 5 ml, de un aforo autoclavables. |                    |            |

### Consulta 13 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 28 - Pipeta aforada de 10 ml, autoclavables

| Consulta   | Fecha de Consulta | 12-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Favor indicar si se puede ofertar pipeta de vidrio aforada, de 1 aforo, ya que en las especificaciones no se indica cantidad de aforos |                   |            |

| Respuesta                                  | Fecha de Respuesta | 15-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| Pipeta de un aforo de 10 ml, autoclavables |                    |            |

### Consulta 14 - Especificaciones Técnicas Ítem Nº 38 - Vaso de precipitado de 600 ml

| Consulta  | Fecha de Consulta | 12-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Favor indicar si se puede ofertar vaso de precipitado de vidrio de 800 ml |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 15-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| se puede ofertar vaso de precipitado de vidrio de 800 ml |                    |            |

## Consulta 15 - Especificaciones Técnicas: de los siguientes ítems

| Consulta  | Fecha de Consulta | 12-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Para los ítems N° 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 favor indicar el material de los insumos solicitados |                   |            |

| Respuesta            | Fecha de Respuesta | 15-12-2022 |
|----------------------|--------------------|------------|
| solo se necesita p.a |                    |            |

## Consulta 16 - Plan de Entrega

| Consulta  | Fecha de Consulta | 12-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos por favor la extensión del plazo de entrega de los bienes a mínimo 90 días contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor, ya que la amplia mayoría de los ítems solicitados son importados, y las importaciones actualmente tienen esos lead times y no podemos proveer stock porque no se indican cantidades en la Planilla de Precios |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 12-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS |                    |            |

## Consulta 17 - Experiencia Requerida

| Consulta   | Fecha de Consulta | 12-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante que la experiencia requerida como facturaciones de venta y/o recepciones finales de los: últimos tres (3) años.(2020, 2021 y/o 2022), sumados alcance como mínimo el 30% del monto total de la oferta, de forma de dar mayor participación de oferentes. |                   |            |

| Respuesta                                       | Fecha de Respuesta | 12-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON DICHAS EXIGENCIAS |                    |            |

## Consulta 18 - EETT

| Consulta  | Fecha de Consulta | 12-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| para todos los ítems se solicita agregar a la presentación solicitada la condición "como mínimo" pues dependiendo del fabricante puede venir en 100gr, 50gr, 25gr, u otro, los fabricantes tienen su catálogo diferentes medidas de envasado. |                   |            |

| Respuesta                                      | Fecha de Respuesta | 15-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| para todos los ítems debe decir como mínimo!!! |                    |            |

## Consulta 19 - EETT

| Consulta   | Fecha de Consulta | 12-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| para los ítems 12, 17, 102, 85 solicitan frascos de vidrio oscuro. Se solicita reformular este requerimiento pues no siempre los envases vienen en frasco de color oscuro. |                   |            |

| Respuesta                   | Fecha de Respuesta | 15-12-2022 |
|-----------------------------|--------------------|------------|
| con fracon de vidrio oscuro |                    |            |

## Consulta 20 - EETT

| Consulta   | Fecha de Consulta | 12-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| para los ítems 33, y 81 solicitan sustancia patron. Las sustancias patrones por su naturaleza vienen en mg. Seria que la medida solicitada de 100gr. deberia ser en 100mg? |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 15-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| el ítems 33 Cafeína viene de 100 mg y el ítems 81 también viene de 100 mg. |                    |            |

## Consulta 21 - EETT

| Consulta   | Fecha de Consulta | 12-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| en los ítems que solicitan una concentracion determinada. Pedimos incluyen la condicion "como minimo" de tal suerte que permita ofertar en una concentracion mayor por ejemplo en algunos piden 99%, algunos fabricantes declaran una concentracion de 99,1% |                   |            |

| Respuesta                | Fecha de Respuesta | 15-12-2022 |
|--------------------------|--------------------|------------|
| : 99% o más en este caso |                    |            |

## Consulta 22 - Sistema por lote

| Consulta  | Fecha de Consulta | 19-12-2022 |
|---|-------------------|------------|
| Favor considerar hacer por ítems o lotes mas pequeños, de modo a favorecer la participación de más oferentes y con ello mejor competencia de precios. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 19-12-2022 |
|---|--------------------|------------|
| La convocante se mantiene en la forma de adjudicacion debido a que son compuestos quimicos y materiales, resultado que algunos ítems no alcanzan ni a 100.000 GS. |                    |            |

## Consulta 23 - Monto máximo y minimo

| Consulta   | Fecha de Consulta | 20-12-2022 |
|--|-------------------|------------|
| Favor aclarar montos máximos y montos mínimos, ya que en la planilla de precios no figura. |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 20-12-2022 |
|--|--------------------|------------|
| se tiene que ingresar al llamado LUEGO CONVOCATORIA, APARECE LOS LOTES Y EL MONTO MINIMO Y MAXIMO ESTA POR CADA LOTE |                    |            |