

Consultas Realizadas

Licitación 422798 - LPN SBE 01-23 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA DETECCION SIMULTANEA DE ANTIGENOS SARS-COV 2 / INFLUENZA A / INFLUENZA B Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS PARA LABORATORIOS DEL IPS

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante aclarar si a ser identificados los Antígenos de SARS-COV-2/Influenza A/Influenza B son de carácter obligatorio y a los que se refiere como otros virus no son obligatorios? favor mencionar los otros virus no obligatorios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2023
Se aclara que son de carácter obligatorio la identificación de los Antígenos de Sars COv 2/Influenza A/Influenza B que es el requisito básico, en un solo cassette o tira. También se podrá ofertar los 3 virus citados con un patógeno adicional en un solo cassette o tira. Se aclara que otros Virus Respiratorios son Virus Sincitial Respiratorio, Adenovirus, Para influenza, 1,2,3.		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2023
Se solicita amablemente a la convocante aclarar si entre otros virus respiratorios se refiere a ofertar solo a uno de los Virus Sincitial Respiratorio, Adenovirus o Parainfluenza 1, 2, 3?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2023
Se aclara que se podrá ofertar los 3 virus citados con un patógeno adicional en un solo cassette o tira. Cualesquiera de la lista enunciativa.		

Consulta 3 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2023
Solicitamos a la Convocante aclarar a todos los oferentes interesados, a que se refiere en el APARTADO MUESTRAS: Se solicitara catálogos. Es decir que el catalogo de los bienes ofertados se deberá entregar junto con la oferta o se podrá entregar en el periodo de evaluación de las ofertas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2023
Se aclara que el catalogo puede ser entregado junto con la oferta o también se podrá entregar en el periodo de evaluación de las ofertas.		

Consulta 4 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2023
<p>La convocante manifiesta que el plan de entrega será de la siguiente manera: Cantidades mínimas:- 20%: Hasta los 5 (cinco) días calendarios. A contar desde la fecha de timbrado de la Orden. Con entregas que podrán ser fraccionadas siempre dentro del mencionado plazo.</p> <p>- 80%: Hasta los 15 (quince) días calendarios. A contar desde la fecha de timbrado de la Orden Con entregas que podrán ser fraccionadas siempre dentro del mencionado plazo.</p> <p>Solicitamos a la convocante modificar de la siguiente manera: Cantidades mínimas:- 20%: hasta los 5 días y el 80% a los 30 días. A fin de unificar con la mayoría de los llamados de las licitaciones de vuestra convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2023
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 5 - PERIODO DE VALIDEZ DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2023
<p>La convocante solicita que el vencimiento de los productos debe ser Igual o Superior a 18 (diez y ocho) meses, contados a partir de la fecha de entrega en DASM.</p> <p>Solicitamos que tenga en cuenta la naturaleza de los reactivos y modificar el mismo a 12 meses como mínimo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2023
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2023
<p>Podría la convocante aclarar sí el control positivo y negativo que hace mención en las Especificaciones Técnicas del reactivo, si el mismo se refiere al control Interno (C) que ya viene por el Cassette o la Tira de cada virus? O si es mismo deberá contener un Control externo positivo o negativo dentro del Kits.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2023
<p>Se aclara que se refiere al control interno, por lo que el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 7 - Periodo de garantia de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
<p>solicita el vencimiento de los productos igual o superior a 18 meses. Debido a su naturaleza que son reactivos conteniendo anticuerpos o antígenos los vencimientos de los mismos llegan a un máximo de 12 meses exfabrica, en consecuencia llegan a los depósitos en Paraguay con al menos 10 meses como máximo. Se solicita a la convocante permitir un vencimiento de 9 meses para los productos requeridos en la presente licitación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2023
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 8 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

Solicita: Tapas para los tubos de extracción. Consultamos a la convocante si aceptarían tapas tipo gotero

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2023
------------------	---------------------------	------------

Se aclara que puede aceptarse todo lo que mejore el trabajo.

Consulta 9 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

solicita que e kit contenga hisopos nasofaríngeos esterilizados para la recolección de muestras virales con mango flexible. Consultamos a la convocante si dichos hisopos pueden ser suministrados conjuntamente con los kits en caso que los mismos no vengán incluidos en el kit.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2023
------------------	---------------------------	------------

Se aclara que el hisopo nasofaríngeo debe incluir con el reactivo en el kit .

Consulta 10 - eett

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

Si bien las especificaciones técnicas indican que la lista es enunciativa, se podrá cotizar un kit que contenga SARS-CoV-2/ Influenza A + B/ RSV/Adenovirus

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2023
------------------	---------------------------	------------

Se aclara que lo obligatorio es Sars/Influenza A+B, los demás virus son un plus.

Consulta 11 - plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

En las eett menciona "en bolsa de aluminio individual o de plástico. Pero en el Plan de entrega de los bienes mencional solo " bolsa de aluminio individual" favor modificar para evitar inconvenientes al momento de la entrega en caso de ser adjudicados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-05-2023
------------------	---------------------------	------------

Se aclara que debe ser Dispositivos de prueba (en cassette) con desecante en bolsa de aluminio individual como dice en las observaciones para la entrega en el DAMS