

Consultas Realizadas

Licitación 424828 - LPN SBE 11-23 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALTA ROTACION PARA EL IPS - SOLPED 1140000230

Consulta 1 - ITEM 17-18-19-20

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-08-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita aclarar a la convocante si faltan agregar los items: 17 al 20 o se saltó la numeración de los items? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última versión. | | |

Consulta 2 - EETT - Item N° 29.

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-08-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar en el Ítem N° 29, donde dice: Con bisturí en las cargas, 3 filas de grapas a cada lado del bisturí. Altura de grapa 3,0 - 3,5-4,0, las siguientes características: Con Bisturí en el dispositivo, 2 filas de grapas a cada lado del bisturí. Altura de grapa 3,8 mm cada uno, ya que cumple la misma finalidad quirúrgica y el mismo resultado deseado de corte y división del tejido entre las filas de grapas, cumpliendo así con los estándares internacionales. También así poder dar participación a más oferentes buscando una mejor oferta para la convocante, ya que las características solicitadas son específicas de una marca. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 3 - Capacidad Financiera.

| Consulta | Fecha de Consulta | 30-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos amablemente a la convocante aclarar en la sección de Capacidad Financiera y Experiencia Requerida, que los últimos 3 años deberían ser los años 2020, 2021 y 2022 ya que los años solicitados no corresponden a los 3 últimos ejercicios fiscales cerrados. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|---|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Ultima Version. | | |

Consulta 4 - Ítem 5

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante modificar las especificaciones técnicas del ítem 5 quedando de la siguiente manera: Algodón hidrófilo cortado 25 + - 5 cm x 2,5 m como mínimo | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 5 - Ítem 4

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante modificar las especificaciones técnicas del ítem 4 quedando de la siguiente manera: Algodón hidrófilo cortado 15 + - 5 cm x 2,5 m como mínimo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 6 - Ítem 6

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante modificar las especificaciones técnicas del ítem 6 quedando de la siguiente manera: Algodón hidrófilo cortado 10 + - 2 cm x 2,5 m como mínimo | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 7 - PRECIO REFERENCIAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem 7 NUTRICIÓN PARENTERAL BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 500 CC atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 38.500- | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|---|--------------------|------------|
| El oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP. | | |

Consulta 8 - PRECIO REFERENCIAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem 17 COLECTOR CON CONTENEDOR DE ORINA atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 44.000 | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|---|--------------------|------------|
| El oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP. | | |

Consulta 9 - PRECIO REFERENCIAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem 21 GASA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 2.750 | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|---|--------------------|------------|
| El oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP. | | |

Consulta 10 - PRECIO REFERENCIAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|--|-------------------|------------|
| PRECIO REFERENCIAL | | |
| Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Ítem 23 JERINGA DESECHABLE 3 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 550 | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|---|--------------------|------------|
| El oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP. | | |

Consulta 11 - PRECIO REFERENCIAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Ítem 24 JERINGA DESECHABLE 5 CC C/AGUJA atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 700 | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|---|--------------------|------------|
| El oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP. | | |

Consulta 12 - PRECIO REFERENCIAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Ítem 30 ELECTRODO ADULTO atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 1.100 | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|---|--------------------|------------|
| El oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP. | | |

Consulta 13 - Especificaciones técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Item N° 12 CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA 10 CM ANTIALÉRGICA | | |
| Se dará por cumplida la especificación "antialérgico" siendo la cinta certificada "hipoalérgica" presentando un certificado nacional del intn o de entidades certificadoras internacionales que avalen la hipoalérgica? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|---|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última versión. | | |

Consulta 14 - Especificaciones tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|--|--------------------|------------|
| Item N° 13 CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 5 CM | | |
| Se dará por cumplida la especificación "antialergico" siendo la cinta certificada "hipoalergenica" presentando un certificado nacional del intn o de entidades certificadoras internacionales que avalen la hipoalergia? | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
| El Oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones Última versión. | | |

Consulta 15 - Especificaciones tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|--|--------------------|------------|
| Item N° 14 CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 7.5 CM | | |
| Se dará por cumplida la especificación "antialergico" siendo la cinta certificada "hipoalergenica" presentando un certificado nacional del intn o de entidades certificadoras internacionales que avalen la hipoalergia? | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
| El Oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última versión. | | |

Consulta 16 - Especificaciones tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|--|--------------------|------------|
| Item N° 16 CINTA ADHESIVA:CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 2.5 CM | | |
| Se dará por cumplida la especificación "antialergico" siendo la cinta certificada "hipoalergenica" presentando un certificado nacional del intn o de entidades certificadoras internacionales que avalen la hipoalergia? | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
| El Oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última versión. | | |

Consulta 17 - PRECIO REFERENCIAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|--|--------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Ítem 19 CATATER PERICRANEAL: EQ. PERICRANEAL N° 21 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 880 | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
| El oferente deberá ajustarse a los Datos Cargados en el SICP. | | |

Consulta 18 - PRECIO REFERENCIAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Ítem 19 CATATER PERICRANEAL: EQ. PERICRANEAL N° 25 atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 880 | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|---|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse a los Datos Cargados en el SICP. | | |

Consulta 19 - MUESTRAS CONTROL DE CALIDAD

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Favor verificar el listado de la planilla de muestras para control de calidad en cuanto a la descripción de los ítems ya que difiere con la descripción de los ítems en la planilla de Especificaciones Técnicas.

EJEMPLO

PLANILLA DE MUESTRAS PARA CONTROL DE CALIDAD

- ITEM 22 GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX: GUANTE QUIRÚRGICO N°7 ESTÉRIL
- ITEM 23 GUANTE QUIRÚRGICO: GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL N°8 ½
- ITEM 24 JERINGA DESECHABLE 3 CC C/AGUJA 21 G X 1 ½
- ITEM 25 JERINGA DESECHABLE 5 CC C/AGUJA
- ITEM 26 JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA 50 ML A 60 ML
- ITEM 27 JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/AGUJA 21G X 1 1/2

PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

- ITEM 22: GUANTE QUIRÚRGICO: GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL N°8 ½
- ITEM 23: JERINGA DESECHABLE 3 CC C/AGUJA 21 G X 1 ½
- ITEM 24: JERINGA DESECHABLE 5 CC C/AGUJA
- ITEM 25: JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA 50 ML A 60 ML
- ITEM 26: JERINGA DESECHABLE CON AGUJA: JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/AGUJA 21G X 1 ½
- ITEM 27: PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL:PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL N° 3

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá remitirse al Pliego Electrónico Última versión. | | |

Consulta 20 - CAPACIDAD TECNICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|--|-------------------|------------|
| <p>En el punto 8 Certificados de garantía de Calidad de origen de los ítems en que se requieran por el Departamento de Control de Calidad de Productos Médicos, debidamente autenticados.</p> <p>Solicitamos a la convocante aclarar si el Certificado de Calidad de origen hace referencia al Certificado de análisis?</p> <p>En caso de referirse al Certificado de análisis consultamos en que momento debe presentarse este documento con la presentación de la oferta o con la entrega de las muestras de Control de calidad.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Se aclara que el Certificado de Calidad si hace referencia al Certificado de Análisis, el mismo debe presentarse al momento de la entrega de muestras para Control de Calidad.</p> | | |

Consulta 21 - ITEM 29 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Favor considerar la siguiente modificación: Donde dice: 3 filas de grapas a cada lado del bisturí. Altura de grapa 3,0 - 3,5-4,0. Las grapas de titan</p> <p>Modificar a: 2 o 3 filas de grapas a cada lado del bisturí. Altura de grapa 3,0 - 3,5 - 3,8 - 4,0. Las grapas de titanio.</p> <p>La modificación solicitada es mínima, y permitirá mayor competencia de oferentes, sin afectar el resultado que se obtendrá en los procedimientos a ser realizados con los insumos adjudicados</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p> | | |

Consulta 22 - Especificaciones tecnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Para los Item N° 12, 13, 14, 15, 16</p> <p>1- El sustrato solicitado es Microporoso que es el standard del mercado de cintas quirúrgicas o solicitan sustrato con mezcla de fibras naturales tipo esparadrapo?</p> <p>2- Para obtener la capacidad de impermeable la cinta debe contar con una película plástica, solicitan esa película plástica en la capa externa de la cinta?</p> <p>3- Se deberá presentar un certificado de impermeabilidad de una entidad nacional o internacional certificador?</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Se aclara que:</p> <p>1- El sustrato solicitado es el e standard del mercado de cintas quirúrgicas.</p> <p>2- La capa exterior de la cinta debe estar cubierta con vendaje impermeable</p> <p>3- El comité evaluador podrá solicitar las documentaciones en caso que lo requieran. Punto N°8 de la capacidad técnica.</p> | | |

Consulta 23 - PRECIO REFERENCIAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Ítem 7 NUTRICIÓN PARENTERAL BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 500 CC atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 38.500- | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|---|--------------------|------------|
| El oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP. | | |

Consulta 24 - PRECIO REFERENCIAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del Ítem 17 COLECTOR CON CONTENEDOR DE ORINA atendiendo que el precio puesto se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 44.000 | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|---|--------------------|------------|
| El oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP. | | |

Consulta 25 - CAPACIDAD TÉCNICA - CRITERIOS PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Donde dice:</p> <p>Punto 7: Certificado de Esterilidad de origen para todos los productos ofertados que soliciten dicha presentación en las EE.TT debidamente autenticados</p> <p>Punto 8: Certificados de garantía de Calidad de origen de los ítems en que se requieran por el Departamento de Control de Calidad de Productos Médicos, debidamente autenticados.</p> <p>Se consulta lo siguiente:</p> <p>Punto 7: Se solicita la exclusión del requisito, considerando que los Certificados de Esterilidad son emitidos para cada lote que es fabricado para entrega, por tanto, no aplica para la etapa de evaluación. El certificado de esterilidad, puede ser solicitado para la entrega del producto en caso de ser adjudicado. En la etapa de evaluación, la esterilidad puede ser verificada en la etiqueta de la muestra presentada.</p> <p>Punto 8: Favor aclarar a qué se refiere con certificado de garantía de calidad, y por quién debe ser emitido, teniendo en cuenta que en el punto 5 se solicitan Certificaciones de Normas Internacionales de Calidad, por lo cual resulta innecesario el requisito. A fin de evitar malas interpretaciones, y teniendo en cuenta que con el requisito del punto 5 se demuestra la calidad del producto ofertado, se solicita excluir el requisito del punto 8.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Se aclara que los Certificados de Esterilidad son análisis realizados a un determinado producto, donde debe constar el método de esterilización, norma o guía de respaldo utilizado para el efecto. Se aclara que Certificado de garantía de Calidad de origen, es un documento que acredita una determinada empresa para fabricar productos pre establecidos por un organismo regulador para garantizar la calidad del mismo. Por lo que el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> | | |

Consulta 26 - CAPACIDAD TÉCNICA Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Donde dice:</p> <p>Punto 7: Certificado de Esterilidad de origen para todos los productos ofertados que soliciten dicha presentación en las EE.TT debidamente autenticados</p> <p>Punto 8: Certificados de garantía de Calidad de origen de los ítems en que se requieran por el Departamento de Control de Calidad de Productos Médicos, debidamente autenticados.</p> <p>Se solicita excluir la presentación de los documentos por los siguientes motivos:</p> <p>Punto 7: Se solicita la exclusión del requisito, considerando que los Certificados de Esterilidad son emitidos para cada lote que es fabricado para entrega, por tanto, no aplica para la etapa de evaluación. El certificado de esterilidad, puede ser solicitado para la entrega del producto en caso de ser adjudicado. En la etapa de evaluación, la esterilidad puede ser verificada en la etiqueta de la muestra presentada.</p> <p>Punto 8: En el punto 5 se solicitan Certificaciones de Normas Internacionales de Calidad, por lo cual resulta innecesario solicitar un nuevo certificado que conforme a la redacción no es claro en cuanto a quién lo emite ni lo que busca salvaguardar. A fin de evitar malas interpretaciones y teniendo en cuenta que con el requisito del punto 5 se demuestra la calidad del producto ofertado, se solicita excluir el requisito del punto 8.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Se Aclara que los Certificados de Esterilidad son análisis realizados a un determinado producto, donde debe constar el método de esterilización, norma o guía de respaldo utilizado para el efecto. Se Aclara que Certificado de garantía de Calidad de origen, es un documento que acredita una determinada empresa para fabricar productos pre establecidos por un organismo regulador para garantizar la calidad del mismo. Por lo que el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> | | |

Consulta 27 - PRECIO REFERENCIAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|--|--------------------|------------|
| <p>ITEM 7 Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial ya que actualmente se encuentra desfasados con los precios existentes en el mercado por lo que sugerimos que el precio sea de Gs 39.500-</p> | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
| <p>El oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP.</p> | | |

Consulta 28 - -Plan de entrega de los bienes

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Item 30: ELECTRODO ADULTO: ELECTRODO DESCARTABLE ADULTOS | | |
| En la Página 12 del PBC en su apartado Periodo de validez de la Garantía de los bienes dice: El vencimiento de los productos deber ser igual o superior a 18 (dieciocho) meses, a partir de la entrega de bien en el Departamento de Administración de Suministros Médicos. En caso de productos que no sean estériles, solicitamos que no sea aplicada esta exigencia. Los productos que no están esterilizados por lo general, no tienen vencimiento. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 29 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|--|-------------------|------------|
| ITEM 10 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO: CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°20 DE POLIURETANO DE 30 A 32 MM DE LONGITUD MÁXIMA. | | |
| SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL CATETER DEBERA SER SEGURIDAD ACTIVA. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|--|--------------------|------------|
| Se aclara que sí, el dispositivo de seguridad del catéter deberá ser seguridad Activa. | | |

Consulta 30 - CAPACIDAD TECNICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|--|-------------------|------------|
| En el punto 4 solicita lo siguiente: Para los productos Importados: Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento emitido a nombre del OFERENTE expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) además deberá presentar Certificado de Buenas Practicas de Fabricación emitido por la Agencia reguladora del País de Origen, a nombre del fabricante del Producto. Solicitamos a la convocante excluir este requisito donde dice además deberá presentar Certificado de Buenas Practicas de Fabricación emitido por la Agencia reguladora del País de Origen, a nombre del fabricante del Producto. | | |
| Este pedido obedece a que en la actualidad la emisión del GMP depende de la agencia reguladora de cada país por lo tanto la misma DINAVISA no exige como requisito obligatorio para Dispositivo médicos para expedir registro sanitario de Dispositivo Medico por lo cual en la Resolución 669/16 en el Art. 4) inc. D), estableció lo siguiente: Documentación acreditando fehacientemente el cumplimiento de las normas de calidad en los procesos de producción BPF/ GMP/ otorgada por la autoridad sanitaria competente en origen o certificado ISO/ CE/ UL/ FDA/ TUVF otorgado por la entidad certificadora en origen. | | |
| Cabe resaltar que este mismo requisito ya se encuentra en el punto 5 CAPACIDAD TECNICA. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 31 - MUESTRAS CONTROL DE CALIDAD

| Consulta | Fecha de Consulta | 31-08-2023 |
|---|-------------------|------------|
| MUESTRAS CONTROL DE CALIDAD | | |
| Como requisito para la presentación de muestras de control de calidad solicitan lo siguiente: | | |
| - Registro Sanitario vigente. | | |
| Solicitamos a la convocante unificar el criterio con la capacidad técnica donde se requiere de la presentación del Registro Sanitario vigente y en caso de encontrarse vencida se podrá presentar la constancia de que el mismo se encuentra en proceso de renovación emitida por la DINAVISA | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 32 - Requisitos Documentales para evaluar la Capacidad técnica:

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-09-2023 |
|--|-------------------|------------|
| En la Pagina 17 del PBC dice: | | |
| Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva. | | |
| Solicitamos al Convocante definir con exactitud, que los documentos solicitados en el apartado Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera (a. Balance General, b. Formulario 106) también deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 33 - Capacidad Técnica.

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-09-2023 |
|--|-------------------|------------|
| En la Pagina 19 del PBC dice: | | |
| Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva. | | |
| Solicitamos al Convocante definir con claridad, los documentos solicitados en el apartado de Capacidad Técnica (páginas 19 al 20) también deben estar vigentes al inicio de la etapa competitiva. Por ejemplo: Autorización del Fabricante; 2- Resolución de Apertura, 3 Certificado de Registro Sanitario vigente, etc. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 34 - Plan de Entrega de los bienes

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-09-2023 |
|--|-------------------|------------|
| CANTIDAD MINIMA - 20%: Hasta los 8 (ocho) días calendarios. Con entregas que podrán ser fraccionadas siempre dentro del mencionado plazo. Respetuosamente solicitamos que la primera entrega sea por lo menos a 30 (treinta) días calendario, pudiendo quedar redactado como sigue: - 20%: Hasta por lo menos 30 (treinta) días calendarios. Con entregas que podrán ser fraccionadas siempre dentro del mencionado plazo | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 35 - NUTRICIÓN PARENTERAL: BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 500 CC

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-09-2023 |
|--|-------------------|------------|
| solicitamos a la convocante excluir la especificación MATERIAL EVA 500 CC con el propósito de dar mayor participación a potenciales oferentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 36 - Formularios - PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-09-2023 |
|---|-------------------|------------|
| Para el Item 30: ELECTRODO ADULTO: ELECTRODO DESCARTABLE ADULTOS En el caso de que la presentación de los Electroodos sea en paquete de 100 unidades, ¿será suficiente la presentación de uno de ellos para la evaluación correspondiente? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 21-11-2023 |
|--|--------------------|------------|
| El Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 37 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2023 |
|--|-------------------|------------|
| DONDE DICE: Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Provision de Insumos Medicos donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2018 2019 2020 2021 2022). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). Favor aclarar si serán consideradas como válidas la presentación de Actas de Recepción emitidas por el IPS y/o el Ministerio de Salud, donde se indica la recepción del producto, pero en ningún lugar menciona expresamente el desempeño satisfactorio del oferente, pero podría deducirse el desempeño satisfactorio de no contar con multas en las actas mencionadas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 15-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 38 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2023 |
|--|-------------------|------------|
| <p>DONDE DICE:</p> <p>Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Provision de Insumos Médicos donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2018 2019 2020 2021 2022). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).</p> <p>Favor aclarar si será considerada la fecha de emisión del Acta/Constancia o la fecha del contrato, considerando que una Constancia pudo haber sido emitida en el 2023 por un contrato ejecutado en el ejercicio 2022.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 15-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> | | |

Consulta 39 - CAPACIDAD TÉCNICA Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2023 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Donde dice:</p> <p>Punto 7: Certificado de Esterilidad de origen para todos los productos ofertados que soliciten dicha presentación en las EE.TT debidamente autenticados</p> <p>Punto 8: Certificados de garantía de Calidad de origen de los ítems en que se requieran por el Departamento de Control de Calidad de Productos Médicos, debidamente autenticados.</p> <p>Se solicita excluir la presentación de los documentos por los siguientes motivos:</p> <p>Punto 7: Se solicita la exclusión del requisito, considerando que los Certificados de Esterilidad son emitidos para cada lote que es fabricado para entrega, por tanto, no aplica para la etapa de evaluación. El certificado de esterilidad, puede ser solicitado para la entrega del producto en caso de ser adjudicado. En la etapa de evaluación, la esterilidad puede ser verificada en la etiqueta de la muestra presentada.</p> <p>Punto 8: En el punto 5 se solicitan Certificaciones de Normas Internacionales de Calidad, por lo cual resulta innecesario solicitar un nuevo certificado que conforme a la redacción no es claro en cuanto a quién lo emite ni lo que busca salvaguardar. A fin de evitar malas interpretaciones y teniendo en cuenta que con el requisito del punto 5 se demuestra la calidad del producto ofertado, se solicita excluir el requisito del punto 8.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 15-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Se Aclara que los Certificados de Esterilidad son análisis realizados a un determinado producto, donde debe constar el método de esterilización, norma o guía de respaldo utilizado para el efecto.</p> <p>Se Aclara que Certificado de garantía de Calidad de origen, es un documento que acredita una determinada empresa para fabricar productos pre establecidos por un organismo regulador para garantizar la calidad del mismo.</p> | | |

Consulta 40 - REAJUSTE DE PRECIOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2023 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En el apartado de reajuste de precios indica lo siguiente:</p> <p>Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes ya entregados antes de la verificación del reajuste</p> <p>Se consulta como interpretar la indicación, considerando que para solicitar el reajuste necesariamente se tuvieron que haber entregado los productos, porque en la propia fórmula de reajuste deben considerarse fechas del Acta de Recepción Definitiva, que son expedidas posterior a la entrega de los productos:</p> <p>Coe: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente a la de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva</p> <p>Soe: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 15-01-2024 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Se aclara que los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes ya entregados antes de la verificación del reajuste.</p> <p>Dicha cláusula lo que pretende establecer es que no procederá el reajuste de precios a bienes entregados ANTES DE PRODUCIRSE LA VARIACIÓN que produjo la aplicación de la fórmula de reajuste. Para la aplicación de la fórmula, los productos deber ser entregados, ya que uno de los indicadores que compone la fórmula es justamente la fecha del acta de recepción. Por lo tanto, el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.</p> | | |

Consulta 41 - Precio Referencial Item 30 Electrodo ECG p/adultos

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2023 |
|--|--------------------|------------|
| <p>PRECIO REFERENCIAL Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem 30 ELECTRODO P/ECG P/ADULTOS atendiendo que el valor que figura en el PBC se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 1.980</p> | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 15-01-2024 |
| <p>El oferente deberá ajustarse a los Datos cargados en el SICP.</p> | | |

Consulta 42 - Precio Referencial Items 27 y 28

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2023 |
|---|--------------------|------------|
| <p>PRECIO REFERENCIAL Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial de los ítems 27 y 28 PUNCH P/BIOPSIA NO 3 y 4 atendiendo que el valor que figura en el PBC se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 44.000</p> | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 15-01-2024 |
| <p>El oferente deberá ajustarse a los Datos cargados en el SICP.</p> | | |

Consulta 43 - Precio Referencial Item 13

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2023 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

PRECIO REFERENCIAL Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem 13 CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALERGICA 5CM. atendiendo que el valor que figura en el PBC se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 19.000

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 15-01-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

El oferente deberá ajustarse a los Datos cargados en el SICP.

Consulta 44 - Precio Referencial Item 12

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2023 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

PRECIO REFERENCIAL Solicitamos a la convocante la actualización del precio referencial del ítem 12 CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALERGICA 10CM. atendiendo que el valor que figura en el PBC se encuentra desfasado en referencia a los precios existentes actualmente en el mercado. Por ello el precio recomendado es Gs 28.000

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 15-01-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

El oferente deberá ajustarse a los Datos cargados en el SICP.

Consulta 45 - Muestras

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2023 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Se debe aguardar la solicitud de las muestras? La consulta se debe a que en el PBC se indica que las mejores 3 ofertas económicas deberán presentar las muestras indefectiblemente hasta el día siguiente del acto de apertura de ofertas. O se debe enviar directamente al tener confirmación de estar entre las 3 mejores ofertas?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 15-01-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Se aclara que una vez determinada la posición en base a la subasta realizada, los oferentes deberán presentar sus muestras. Por lo tanto el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 46 - Certificado de Esterilidad

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2023 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

El certificado de esterilidad solicitado se puede solicitar para el momento de la entrega del insumo en caso de ser adjudicado? esto debido a que cada certificado es realizado luego de conocerse el lote de fabricación ante el pedido de compra enviado al fabricante.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 15-01-2024 |
|-----------|--------------------|------------|
|-----------|--------------------|------------|

Se Aclara que los Certificados de Esterilidad son análisis realizados a un determinado producto, donde debe constar el método de esterilización, norma o guía de respaldo utilizado para el efecto.
Se Aclara que Certificado de garantía de Calidad de origen, es un documento que acredita una determinada empresa para fabricar productos pre establecidos por un organismo regulador para garantizar la calidad del mismo.

Consulta 47 - EXPERIENCIA REQUERIDA

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2023 |
|--|-------------------|------------|
| En la Pagina 21 del PBC en su apartado Experiencia Requerida dice: Demostrar la experiencia en Provisión de Insumos Médicos con Contratos y/o Facturas, Certificados o Actas de Recepción Final a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2018 2019 2020 2021 2022) años. Solicitamos a la convocante que el monto equivalente para demostrar la experiencia sea del 25% como mínimo del monto total Ofertado en la presente licitación. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 15-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. | | |

Consulta 48 - Requisitos Documentales para evaluar la experiencia

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-11-2023 |
|---|-------------------|------------|
| En la Página 22 del PBC en su apartado Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia dice: Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Provisión de Insumos Médicos donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2018 2019 2020 2021 2022). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). Solicitamos a la convocante que para demostrar la experiencia se considere la presentación de Facturas debidamente Firmada, Selladas teniendo en cuenta que los entes privados no emiten Certificados o Actas de Recepción Final, de ser así quedaría redactado de la siguiente manera. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final y Facturas debidamente Firmadas y Selladas de Provisión de Insumos Médicos donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2018 2019 2020 2021 2022). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 15-01-2024 |
|--|--------------------|------------|
| El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. | | |