

Consultas Realizadas

Licitación 429752 - LCO SBE 02-23 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS OFTALMOLOGICOS PARA EL IPS

Consulta 1 - Plazo para entrega:

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023
Plazo para entrega: En el PBC dice Plazo para entrega (días): 60 (ver página 27) Solicitamos a la Convocante extender dicho plazo de entrega a por lo menos 90 (noventa) días corridos, contados a partir de la firma del contrato respectivo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2023
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Solicitud de Pago de Anticipo:

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023
Solicitud de Pago de Anticipo: En el PBC dice Solicitud de Pago de Anticipo: No aplica (ver página 36) Solicitamos a la Convocante incorporar la figura del Anticipo, de al menos 20% del valor del contrato. Esto permitirá la participación de pequeñas empresas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2023
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - Inspecciones y Pruebas:

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023
Inspecciones y Pruebas: En el PBC dice: Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado (ver página 29) Solicitamos a la Convocante indicar los lugares de destino final de entrega. A los efectos de estimar los costos de traslado, tanto para la entrega como para los mantenimientos preventivos a ser realizados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2023
Se aclara que Los bienes serán instalados en el HC del I.P.S. según establece el Pliego de Bases y Condiciones en la planilla de traslados.		

Consulta 4 - Autorización del Fabricante, apartado b)

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023
Autorización del Fabricante, apartado b) En el PBC dice: para la firma del Contrato la misma deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay (ver página 21) Consultamos al Convocante ¿será válida la presentación de la Autorización del Fabricante apostillada según Convenio de la Haya?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2023
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - Certificado de registro sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023
Certificado de registro sanitario En el PBC dice: Certificado de registro sanitario, de conformidad a la Ley N° 4959/12 (ver página 22) Solicitamos al Convocante permitir la presentación de Certificado de registro sanitario, de conformidad a la Ley N° 4959/12 o en trámite en caso de no poseerlo para la fecha de presentación de oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2023
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - Ítem 1 -BIOMETRO ÓPTICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023
Ítem 1 -BIOMETRO ÓPTICO En el punto 1 4.4 Diámetro de la punta recomendada: 6,00 mm Ø (cóncava) Solicitamos a la convocante permita: Diámetro de la punta recomendada: 6,00 mm (+/- 1,5 mm) Ø		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2023
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Ultima Versión.		

Consulta 7 - Ítem 1 -BIOMETRO ÓPTICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023
Ítem 1 -BIOMETRO ÓPTICO En el punto 1 7.1 Longitud axial sugerida: de 13,00 a 45,00 mm Solicitamos a la convocante permita: Longitud axial sugerida: de 13,00 mm (+/- 1 mm) a 45,00 mm (+/- 5 mm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2023
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Ultima Versión.		

Consulta 8 - Ítem 1 -BIOMETRO ÓPTICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023
Ítem 1 -BIOMETRO ÓPTICO En el punto 1 7.2 ACD sugerido: de 1,80 a 7,00 mm Solicitamos a la convocante permita: ACD sugerido: de 1,80 (+/- 0,3 mm) a 7,00 mm (+/-1 mm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2023
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Ultima Versión		

Consulta 9 - Ítem 1 -BIOMETRO ÓPTICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023
Ítem 1 -BIOMETRO ÓPTICO En el punto 1 7.3 Grosor de la lente sugerido: de 2,00 a 6,00 mm Solicitamos a la convocante permita: Grosor de la lente sugerido: de 2,00 (+/- 0,1 mm) a 6,00 mm (o mayor)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2023
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Ultima Versión.		

Consulta 10 - Ítem 1 -BIOMETRO ÓPTICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023
Ítem 1 -BIOMETRO ÓPTICO En el punto 1 7.8 Kit PC: SRK/T, SRK II, Holladay, Haigis (optimizado, estándar), Showa, doble K SRK/T Solicitamos a la convocante permita: Kit PC: SRK/T, SRK II, Holladay, Haigis (optimizado, estándar), Showa, doble K SRK/T o similares equivalentes a cada fabricante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2023
Se aclara que el podrá cotizar equipos que realicen las mismas mediciones sin importar la nomenclatura utilizada por el fabricante, en cuyo caso deberá demostrar la similitud.		

Consulta 11 - Ítem 1 -BIOMETRO ÓPTICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023
Ítem 1 -BIOMETRO ÓPTICO En el punto 1 7.9 Exportación de datos a unidad de almacenamiento USB Solicitamos a la convocante permita: Exportación de datos a unidad de almacenamiento USB o interface RS232		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2023
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 12 - Ítem 1 -BIOMETRO ÓPTICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023
----------	-------------------	------------

Ítem 1 -BIOMETRO ÓPTICO
En el punto 1 7.10 Puerto para impresora
Solicitamos a la convocante permita: Puerto para impresora o impresora integrada

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2023
-----------	--------------------	------------

Se aclara que en el caso que el equipo cuente con impresora integrada, se considera que el puerto de impresora es interno, por tanto el oferente cumple con lo solicitado.

Consulta 13 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	08-06-2023
----------	-------------------	------------

Experiencia Requerida
En el PBC dice: Demostrar la experiencia en la provisión de equipos biomédicos con contratos y facturas (ver página 20). Solicitamos al Convocante que los Contratos y Facturas sean por la provisión de equipos biomédicos oftalmológicos; de esta forma el IPS se asegurará de contar con ofertas de empresas especializadas en la provisión de equipos oftalmológicos.

De aceptarse nuestra solicitud, esta parte quedaría redactada de la siguiente manera:
Demostrar la experiencia en la provisión de equipos biomédicos oftalmológicos con contratos y/o facturas a instituciones publicas o privadas por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2018-2019-2020-2021-2022) años.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2023
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 14 - Ítem 1 -BIOMETRO ÓPTICO

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2023
----------	-------------------	------------

Ítem 1 -BIOMETRO ÓPTICO
En el punto 1 5.1 Automático: Manual, mentonera
Solicitamos a la convocante permita el apartado quede solo: Automático

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2023
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Ultima Versión.

Consulta 15 - Ítem 1 -BIOMETRO ÓPTICO

Consulta	Fecha de Consulta	09-06-2023
----------	-------------------	------------

Ítem 1 -BIOMETRO ÓPTICO
En el punto 1 5.2 Manual: Interruptor de pedal
Solicitamos a la convocante permita el apartado quede solo: Manual

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2023
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Ultima Versión.