

Consultas Realizadas

Licitación 432348 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO

Consulta 1 - ítem N° 97

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año? Aclaremos que el vencimiento de estos tubos con anticoagulante normalmente son de 1 año, es imposible de conseguir con vencimiento de 3 años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 2 - Ítem N° 99

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año? Aclaremos que el vencimiento de estos tubos con anticoagulante normalmente son de 1 año, es imposible de conseguir con vencimiento de 3 años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 3 - Vencimientos de Discos Antibiograma

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
Ítems N° 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 ¿Podemos ofertar discos antibiogramas con vencimiento mínimo de 9 meses? Nuestra consulta obedece a que es difícil de conseguir con los fabricantes discos con vencimiento de 1 año. Ya en otras ocasiones quisimos participar y lastimosamente siempre nos ha impedido lo solicitado en el PBC que son los vencimientos mínimo de 1 año.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 4 - Ítem N° 92

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
Reactivo para H.I.V. ¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año? Aclaremos que normalmente el vencimiento de los reactivos no suelen alcanzar 2 años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 5 - Ítem N° 93

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
----------	-------------------	------------

Fosfatasa Alcalina.
¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año?
Aclaremos que normalmente el vencimiento de los reactivos no suelen alcanzar 2 años.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 1

Consulta 6 - Ítem N° 100

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
----------	-------------------	------------

Fosfatasa Alcalina
¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año?
Aclaremos que normalmente el vencimiento de los reactivos no suelen alcanzar 2 años.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 1

Consulta 7 - Ítem N° 101

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
----------	-------------------	------------

GOT
¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 9 meses?
Aclaremos que normalmente el vencimiento de los reactivos no suelen alcanzar 2 años.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 1

Consulta 8 - Ítem N° 102

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
----------	-------------------	------------

GPT
¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 9 meses?
Aclaremos que normalmente el vencimiento de los reactivos no suelen alcanzar 2 años.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 1

Consulta 9 - Ítem N° 103

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
----------	-------------------	------------

Reactivo para Colesterol
¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año?
Aclaremos que normalmente el vencimiento de los reactivos no suelen alcanzar 2 años.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 1

Consulta 10 - Ítem N° 113

Consulta	Fecha de Consulta
	17-06-2023
Agar Manitol Salt ¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año y 6 meses? Normalmente el vencimiento de los medios de cultivos NO Alcanzan los 3 años.	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	21-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 1	

Consulta 11 - Ítem N° 114

Consulta	Fecha de Consulta
	17-06-2023
Agar Base Columbia ¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año y 6 meses? Normalmente el vencimiento de los medios de cultivos NO Alcanzan los 3 años.	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	21-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 1	

Consulta 12 - Ítem N° 94

Consulta	Fecha de Consulta
	17-06-2023
Reactivo para Ácido Úrico ¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año? Aclaremos que normalmente el vencimiento de los reactivos no suelen alcanzar 2 años.	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	21-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 1	

Consulta 13 - Ítem N° 95

Consulta	Fecha de Consulta
	17-06-2023
Reactivo para UREA ¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año? Aclaremos que normalmente el vencimiento de los reactivos no suelen alcanzar 2 años.	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	21-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 1	

Consulta 14 - Ítem N° 118

Consulta	Fecha de Consulta
	17-06-2023
Agar Lisina de Hierro ¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año y 6 meses? Normalmente el vencimiento de los medios de cultivos NO Alcanzan los 3 años.	

Respuesta	Fecha de Respuesta
	21-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 1	

Consulta 15 - Ítem N° 119

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
Agar MIO ¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año y 6 meses? Normalmente el vencimiento de los medios de cultivos NO Alcanzan los 3 años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 16 - Ítem N° 120

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
Agar Mueller-Hinton ¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año y 6 meses? Normalmente el vencimiento de los medios de cultivos NO Alcanzan los 3 años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 17 - Ítem N° 121

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
Anti Hav-IgM (Hepatitis A) ¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año? Aclaremos que normalmente el vencimiento de los reactivos NO Suelen Alcanzar 2 años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 18 - Ítem N° 122

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
Test Rápido SARS Cov 2 ¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año? Aclaremos que normalmente el vencimiento de los reactivos NO Suelen Alcanzar 2 años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 19 - Ítem N° 123

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
Antígeno Dengue ¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año? Aclaremos que normalmente el vencimiento de los reactivos NO Suelen Alcanzar 2 años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 20 - Ítem N° 124

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
----------	-------------------	------------

Kit - Determinación de Virus Chikungunya
¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año?
Aclaremos que normalmente el vencimiento de los reactivos NO Suelen Alcanzar 2 años.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 1

Consulta 21 - Ítem N° 125

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
----------	-------------------	------------

Test Rápido para Influenza
¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año?
Aclaremos que normalmente el vencimiento de los reactivos NO Suelen Alcanzar 2 años.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 1

Consulta 22 - Ítem N° 61

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
----------	-------------------	------------

Reactivo para Creatinina
¿Podemos ofertar con una presentación de caja x 200 det como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 1

Consulta 23 - Ítem N° 115

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
----------	-------------------	------------

Agar EMB Bacto Levine
¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año y 6 meses?
Normalmente el vencimiento de los medios de cultivos NO Alcanzan los 3 años.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 1

Consulta 24 - Ítem N° 116

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
----------	-------------------	------------

Agar UREA
¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año y 6 meses?
Normalmente el vencimiento de los medios de cultivos NO Alcanzan los 3 años.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 1

Consulta 25 - Ítem N° 117

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
Agar Citrato ¿Podemos ofertar con vencimiento mínimo de 1 año y 6 meses? Normalmente el vencimiento de los medios de cultivos NO Alcanzan los 3 años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 26 - Ítem N° 98

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
Favor aclarar si están solicitando tubos sin anticoagulante con gel activador + acelerante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 27 - Ítem N° 98

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
Favor aclarar si podemos ofertar tubos de 3,5 ml como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 28 - Ítem N° 123

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
Antígeno Dengue Favor aclarar si están necesitando 1 kit x 25 test ó 1 solo test. Esta consulta es debido a que el precio referencial corresponde a solo 1 test y no a 1 kit		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 29 - Ítem N° 121

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
Anti Hav-IgM (Hepatitis A) Favor aclarar si están necesitando 1 Kit x 25 test ó 1 solo test. Esta consulta es debido a que el precio referencial corresponde a solo a 1 test y no Kit		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 1		

Consulta 30 - Ítem N° 124

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
----------	-------------------	------------

Kit - Determinaciones de Virus Cikugunya
Favor aclarar si están necesitando 1 kit x 25 test ó 1 solo test.
Esta consulta es debido a que el precio referencial corresponde a solo 1 test y no a 1 kit

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 1

Consulta 31 - Ítem N° 125

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
----------	-------------------	------------

Test Rápido para Influenza
Favor aclarar si están necesitando 1 kit x 25 test ó 1 solo test.
Esta consulta es debido a que el precio referencial corresponde a solo 1 test y no a 1 Kit

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 1

Consulta 32 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega de los bienes a por lo menos 45 días hábiles, este pedido es debido a que mayormente los ítems solicitados son importados del exterior y hasta la actualidad no se han regularizado todo el proceso de importación y producción o elaboración a tiempo de los reactivos, insumos, medios de cultivos, discos, etc. en cuestión.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC.

Consulta 33 - ítem N° 61 Creatinina

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
----------	-------------------	------------

¿Podemos ofertar con una presentación de Caja x 200 det. como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 1

Consulta 34 - LOTE 13 reactivo azul de metileno

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
----------	-------------------	------------

Se podría considerar la presentación del reactivo azul de metileno?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
-----------	--------------------	------------

La consulta NO corresponde al mencionado llamado

Consulta 35 - LOTE 52 presentación para 100 determinaciones

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación para 100 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
------------------	---------------------------	------------

La consulta No corresponde al mencionado llamado debido a que es por ítems.

Consulta 36 - LOTE 64 presentación para 150 determinaciones

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación para 150 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
------------------	---------------------------	------------

La consulta No corresponde al mencionado llamado debido a que es por ítems.

Consulta 37 - LOTE 65 fosforo y fosfolipidos

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Seria un reactivo que detecte fosforo y fosfolipidos en simultaneo lo solicitado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
------------------	---------------------------	------------

La consulta No corresponde al mencionado llamado debido a que es por ítems.

Consulta 38 - LOTE 76 presentación de 25 determinaciones

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación de 25 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
------------------	---------------------------	------------

La consulta No corresponde al mencionado llamado debido a que es por ítems.

Consulta 39 - LOTE 77 TSH o T3

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Lo solicitado corresponde a TSH o T3?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
------------------	---------------------------	------------

La consulta No corresponde al mencionado llamado debido a que es por ítems.

Consulta 40 - LOTE 85 presentación de 2,5 ml

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación de 2,5 ml?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
------------------	---------------------------	------------

La consulta No corresponde al mencionado llamado debido a que es por ítems.

Consulta 41 - LOTE 96 presentación de 1 ml en adelante

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir una presentación de 1 ml en adelante?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
-----------	--------------------	------------

La consulta No corresponde al mencionado llamado debido a que es por ítems.

Consulta 42 - ITEM 49 T4 o FT4

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
----------	-------------------	------------

Seria T4 o FT4 LO SOLICITADO?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
-----------	--------------------	------------

Indistintamente.

Consulta 43 - ITEM 2 caja x 25-40 determinaciones

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir caja x 25-40 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 44 - Ítem N° 84

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
----------	-------------------	------------

Favor aclarar si están necesitando 1 Solo Tubo/Frasco con anticoagulante o 1 Caja x 100 unid.
En las especificaciones técnicas dice para 100 determinaciones como mínimo, aclaramos que la presentación solicitada no corresponde, en todo caso debe de decir. Caja x 100 unidades como mínimo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 45 - Ítem N° 85

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
----------	-------------------	------------

Favor aclarar si están necesitando 1 Solo Tubo/Frasco con anticoagulante o 1 caja x 100 unid.
En las especificaciones técnicas dice para 100 determinaciones como mínimo, aclaramos que la presentación solicitada no corresponde, en todo caso debe de decir. Caja x 100 unidades como mínimo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 46 - Ítem N° 72

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
----------	-------------------	------------

¿Podemos ofertar en una presentación de Caja de 6 Frascos x 5 ml = 30 ml?
En las especificaciones técnicas dice Contenido mínimo de 30 ml, aclaramos que la presentación solicitada es casi imposible de conseguir, normalmente los frascos tienen una presentación máxima de 5 ml.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 47 - Ítem N° 79

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
----------	-------------------	------------

¿Podemos ofertar en una presentación de Caja de 6 Frascos x 5 ml = 30 ml?
En las especificaciones técnicas dice Contenido mínimo de 30 ml, aclaramos que la presentación solicitada es casi imposible de conseguir, normalmente los frascos tienen una presentación máxima de 5 ml.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 48 - Ítem N° 121

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
----------	-------------------	------------

Kit - Anti Hav-IgM (Hepatitis A) Favor aclarar si están necesitando 1 kit x 25 test ó 1 solo test. Esta consulta es debido a que el precio referencial corresponde a solo 1 test y no a 1 kit

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
-----------	--------------------	------------

El precio del ítem ha sido actualizado.

Consulta 49 - Ítem N° 77

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
----------	-------------------	------------

Favor aclarar si están necesitando TSH o T3.
Aclaramos que son 2 reactivos diferentes, en la columna de Descripción dice TSH y en la columna de especificaciones técnicas se refiere a otro reactivo llamado T3

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 50 - Ítem N° 49

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
----------	-------------------	------------

Favor aclarar si están necesitando FT4 que significa Fracción Libre o T4.
Aclaramos que son 2 reactivos diferentes, en la columna de Descripción dice FT4 y en la columna de especificaciones técnicas se refiere a otro reactivo llamado T4

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 51 - Ítem N° 65

Consulta	Fecha de Consulta	21-06-2023
¿Podemos ofertar solo el Fósforo Inorgánico en suero y plasma? Porque para fosfolípidos es otra determinación por Elisa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 2.		

Consulta 52 - Ítem N° 70

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
Reactivo para Urea ¿Podemos ofertar en una presentación de Caja 2 x 100 ml = 100 det. como mínimo ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 2.		

Consulta 53 - Ítem N° 62

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
¿Podemos ofertar en una presentación de Caja x 80 det. como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
Ajustarse a la Adenda N° 2.		

Consulta 54 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
Se podría admitir una presentación de botella de 120 ml? Debido a que la presentación solicitada es propensa a contaminaciones lo que implicaría pérdida de reactivo ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
Ajustarse al Pliego.		

Consulta 55 - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
Se podría admitir un reactivo de amilasa por método cinético?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
Ajustarse al Pliego.		

Consulta 56 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir caja x 24 40 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 57 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Con sensibilidad mayor a 1/512 partes se refiere a la dilución?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Así mismo, se refiere a la dilución.

Consulta 58 - Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Con sensibilidad mayor a 1/512 partes se refiere a la dilución?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Así mismo, se refiere a la dilución.

Consulta 59 - Item 5

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Con sensibilidad mayor a 1/512 partes se refiere a la dilución?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Así mismo, se refiere a la dilución.

Consulta 60 - ITEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir por Método Quimioluminiscencia?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego.

Consulta 61 - ITEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir presentación de 60 - 145 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 62 - ITEM 51

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir presentación de 250 ml?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 63 - ITEM 13

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría considerar la presentación del reactivo en kit de_ azul de metileno, fucsina de ziehl, alcohol acido?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego.

Consulta 64 - ITEM 52

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación para 100 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 65 - ITEM 54

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación para 100 determinaciones, sin Proteus?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2. No se admitirá sin antígenos Proteus.

Consulta 66 - ITEM 56

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación para 160 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 67 - ITEM 62

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación para 60 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 68 - ITEM 64

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación para 150 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego.

Consulta 69 - ITEM 65

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación para 160 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 70 - ITEM 69

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación que difiera del componente acetil acetona como parte del método?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego.

Consulta 71 - ITEM 70

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación que no incluya estandar?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego.

Consulta 72 - ITEM 72

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación de 5 ml como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 73 - ITEM 76

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación para mínimo 25 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 74 - ITEM 77

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante especificar si se solicita T3 o TSH

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 75 - ITEM 79

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación de 5 ml como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 76 - ITEM 85

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir tubos de 2,7 ml?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego.

Consulta 77 - ITEM 93

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación por método cinético optimizado (DGKC y SSCC)?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego.

Consulta 78 - ITEM 98

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un tubo de 3 ml como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N°2.

Consulta 79 - ITEM 99

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir tubo de 2,7 ml?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego.

Consulta 80 - ITEM 100

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir una presentación por método cinético?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego.

Consulta 81 - Ítem N° 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
----------	-------------------	------------

Albumina

¿Podemos ofertar la Albumina con Certificado de Libre Venta del país de Origen?

Observación: Normalmente los reactivos de uso in-vitro No cuentan con Certificado de Control de Calidad, el mismo es suplantado por el Certificado de Libre Venta y Certificados ISO este último es emitido en forma general y no por cada reactivo in vitro.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
-----------	--------------------	------------

Sí, se puede ofertar la Albumina con Certificado de Libre Venta del país de Origen.

Consulta 82 - Ítem N° 13

Consulta	Fecha de Consulta	22-06-2023
----------	-------------------	------------

Favor aclarar si están necesitando Colorante de Ziehl Neelsen o Colorante de Gram.

Aclaremos que son 2 reactivos diferentes, en la columna de Descripción dice Colorante de Ziehl Neelsen y en la columna de especificaciones técnicas se refiere a otro reactivo llamado Colorante de Gram

Observación: Diferencia de Contenidos entre ambos Colorantes

Colorante de Ziehl Neelsen: Contiene 3 Frascos de 100 ml. de Azul de Metileno, Decolorante y Fucsina Básica

Colorante de Gram: Contiene 4 frascos de 100 ml. de Violeta Cristal, Safranina, Decolorante y Lugol

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 83 - ITEMS NRO. 66 Y NRO. 67

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante verificar los ítems Nro. 66 y 67 debido a que se repite en ambos la descripción del reactivo solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego. Poseen métodos distintos.

Consulta 84 - Items Nro. 67

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante verificar el método el cual se esta solicitando en la especificación técnica de Ítems Nro. 67. El mismo dice Descripción Lipasa Reactivo método turbidímetro cinético UV

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego.

Consulta 85 - ítem 46 disco de Cefotaxim

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar si se solicita disco de Cefotaxima o disco de Cefoxitina?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Disco de Cefoxitina.

Consulta 86 - ítem 54 presentación sin antígenos Proteus

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación sin antígenos Proteus?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego.

Consulta 87 - ítem 62 presentación para 60 determinaciones

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación para 60 determinaciones como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 88 - ítem 64 presentación para 150 determinaciones

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación para 150 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego.

Consulta 89 - ítem 69 componente acetyl acetona

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación que difiera del componente acetyl acetona como parte del método?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego.

Consulta 90 - ítem 70 presentación que no incluya estándar

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación que no incluya estándar?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al Pliego.

Consulta 91 - ítem 85 tubos de 2,7 ml

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir tubos de 2,7 ml?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda N° 2.

Consulta 92 - ítem 93 método cinético optimizado (DGKC y SSCC)

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir una presentación por método cinético optimizado (DGKC y SSCC)?

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego.

Consulta 93 - lote 1 botella de 120 ml

Consulta	Fecha de Consulta	26-06-2023
----------	-------------------	------------

Se podría admitir una presentación de botella de 120 ml? Debido a que la presentación solicitada es propensa a contaminaciones lo que implicaría pérdida de reactivo

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-06-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego.

Consulta 94 - Ítem N° 16

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
----------	-------------------	------------

Favor aclarar cual de los 2 vencimientos indicados en la Adenda 3 es la correcta.
En la misma menciona 2 tipos de vencimiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al PBC. 9 meses de vencimiento

Consulta 95 - Ítems N° 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 121, 122, 123, 124 y 125

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
----------	-------------------	------------

¿Podemos ofertar estos REACTIVOS con Certificado de Libre Venta del País de Origen? Observación: Normalmente los reactivos de uso In-Vitro No Cuentan con Certificado de Control de Calidad, los mismos son reemplazados por el Certificado de Libre Venta y/o Certificados ISO este último es emitido en forma general y no por cada reactivo in vitro.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
-----------	--------------------	------------

Para la recepción de los reactivos en la Facultad deben presentar el Certificado de Control de Calidad, o el Certificado de Libre Venta, o el Certificado de Análisis según sea el caso. Ajustarse al PBC.

Consulta 96 - Ítems N° 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
¿Podemos ofertar estos PRODUCTOS BACTERIOLOGICOS con Certificado de Análisis? Observación: Normalmente estos Productos Bacteriológicos No Cuentan con Certificado de Control de Calidad, los mismos son reemplazados por el Certificado de Análisis y/o Certificados ISO este último es emitido en forma general y no por cada producto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
Para la recepción de los reactivos en la Facultad deben presentar el Certificado de Control de Calidad, o el Certificado de Libre Venta, o el Certificado de Análisis según sea el caso. Ajustarse al PBC.		

Consulta 97 - Ítems N° 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
¿Podemos ofertar estos PRODUCTOS BACTERIOLOGICOS con Certificado de Análisis? Observación: Normalmente estos Productos Bacteriológicos No Cuentan con Certificado de Control de Calidad, los mismos son reemplazados por el Certificado de Análisis y/o Certificados ISO este último es emitido en forma general y no por cada producto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
Para la recepción de los reactivos en la Facultad deben presentar el Certificado de Control de Calidad, o el Certificado de Libre Venta, o el Certificado de Análisis según sea el caso. Ajustarse al PBC.		

Consulta 98 - Ítem N° 70

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Reactivo para Urea ¿Podemos ofertar en una presentación de Caja 2 x 100 ml = 100 det. como mínimo? La consulta es debido a que en la Adenda N° 2 aceptaron la presentación como mínimo de 100 determinaciones y en la Adenda N° 3 dice totalmente lo contrario, por tal situación volvemos a consultar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
Se puede presentar, toda vez que complete la cantidad de determinaciones requeridas en el PBC.		

Consulta 99 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Se podría admitir una presentación de botella de 120 ml? Debido a que la presentación solicitada es propensa a contaminaciones lo que implicaría pérdida de reactivo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
No corresponde al Llamado.		

Consulta 100 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Se podría admitir una presentación de botella de 120 ml? Debido a que la presentación solicitada es propensa a contaminaciones lo que implicaría pérdida de reactivo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
Se puede presentar, toda vez que complete la cantidad requerida en el PBC.		

Consulta 101 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Se podría admitir caja x 25 40 determinaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
Ajustarse al PBC.		

Consulta 102 - ITEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Se podría admitir presentación de 60 - 145 determinaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
Se puede presentar, toda vez que complete la cantidad requerida en el PBC.		

Consulta 103 - ITEM 13

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Se podría considerar la presentación del reactivo en kit de azul de metileno, fucsina de ziehl, alcohol acido?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
Ajustarse al PBC.		

Consulta 104 - ITEM 51

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Se podría admitir presentación de 250 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
Se puede presentar, toda vez que complete la cantidad requerida en el PBC.		

Consulta 105 - ITEM 52

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
Se podría admitir una presentación para 100 determinaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
Se puede presentar, toda vez que complete la cantidad requerida en el PBC.		

Consulta 106 - ITEM 54

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación sin antígenos Proteus?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 107 - ITEM 54

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación para 100 determinaciones, sin Proteus?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 108 - ITEM 56

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación para 160 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 109 - ITEM 62

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación para 60 determinaciones como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 110 - ITEM 64

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación para 150 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 111 - ITEM 65

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación para 160 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 112 - ITEM 65

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación sin estándar?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 113 - ITEM 65

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación sin estándar?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 114 - ITEM 69

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación que difiera del componente acetil acetona como parte del método?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 115 - ITEM 72

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación de 5 ml como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Se puede presentar, toda vez que complete el volumen requerido en el PBC.

Consulta 116 - ITEM 76

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación para mínimo 25 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Se puede presentar, toda vez que complete las determinaciones requerido en el PBC.

Consulta 117 - ITEM 77

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante especificar si se solicita T3 o TSH

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC TSH.

Consulta 118 - ITEM 79

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación de 5 ml como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Si se puede presentar, toda vez que complete el volumen requerido en el PBC.

Consulta 119 - ITEM 92

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir presentación de 20 test sin diluyente y pipetas en formato de strips?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 120 - ITEM 92

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir certificado CE si no se cuenta con certificado de calidad del país de origen?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Para la recepción de los reactivos en la Facultad deben presentar el Certificado de Control de Calidad, o el Certificado de Libre Venta, o el Certificado de Análisis según sea el caso. Ajustarse al PBC.

Consulta 121 - ITEM 92

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir certificado CE si no se cuenta con certificado de calidad del país de origen?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Para la recepción de los reactivos en la Facultad deben presentar el Certificado de Control de Calidad, o el Certificado de Libre Venta, o el Certificado de Análisis según sea el caso. Ajustarse al PBC.

Consulta 122 - ITEM 93

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación por método cinético optimizado (DGKC y SSCC)?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC

Consulta 123 - ITEM 100

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación por método cinético?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC

Consulta 124 - ITEM 108

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir una presentación que sea diferente del método por reactivo EDTA/Cu, Reactivo BCF, Suero Patrón?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC

Consulta 125 - ITEM 117

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir presentación de frasco x 100 gr como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Si se puede presentar, toda vez que complete la cantidad requerida en el PBC

Consulta 126 - ITEM 118

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir presentación de frasco x 100 gr como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Si se puede presentar, toda vez que complete la cantidad requerida en el PBC

Consulta 127 - ITEM 125

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2023
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir presentación de 20 test x caja como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-07-2023
------------------	---------------------------	------------

Si se puede presentar, toda vez que complete la cantidad requerida en el PBC