

## Consultas Realizadas

# Licitación 432542 - LPN SBE 80-23 ADQUISICION DE PROTESIS, INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA MAXILOFACIAL DEL IPS - SOLPED N° 11400000243

### Consulta 1 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
En relación a las muestras del Lote 1; como todos son en titanio y se utiliza para maxilofacial; se podría presentar uno solo de los items de cada sistema para cumplir como lo platea en el apartado de muestras Pág 6 del pliego. Ejemplo: Lote 1 items 1/2/3 una sola muestra; y Lote 1 items 4 al 8 una sola muestra.??		

### Consulta 2 - Lote 1 sistema 1.5

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
El sistema 1.5mm se podía ampliar a +0.1mm; (quedando sistema 1.5/1.6mm) para dar oportunidad a más empresas a participar de la licitación.		

### Consulta 3 - Lote 1 - placa L

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
El item 5 (placa en L de 5 orificios), se puede considerar de 4 orificios (con puente o sin puente); ya que no todas marcas fabrican las placas en orificios impares.		

### Consulta 4 - Lote 1 - placa DCP

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Lote 1; las placas de los items 1/2/3 del sistema 2.0mm; la denominación DCP por lo gral se utiliza en traumatología; para estos items se refiere a las placas rectas convencionales de maxilofacial?		

### Consulta 5 - -item 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
-item 2:Se puede presentar placa 2.0 de 6 orificios		

### Consulta 6 - Items 4

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se puede presentar placa 1.5 de 6 orificios		

### Consulta 7 - Items 5

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se puede presentar placa en L de 4 con puente o de 6 orificios		

## Consulta 8 - Items 6

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se puede presentar placa en L de 6 orificios con puente		

## Consulta 9 - Items 8

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se puede presentar placa en Y de 5 orificios c/puente o placa en X de 6 orificios .		

## Consulta 10 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
En capacidad técnica, en el punto 9 para items 1 al 8 en la página 15 del pliego; la solicitud de trabajos científicos por lo general es solicitado para protésis (clasificado clase IV), y el pedido de la licitación son materiales de osteosíntesis (clasificado clase III).		
Se puede considerar los documentos de ISO y Certificado de Libre venta como respaldo de la calidad de los productos??		

## Consulta 11 - Documento SIPE

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Actualmente con el nuevo sistema de DNCP, el SIPE paso a denominarse "Perfil del proveedor"; entonces consultamos, los documentos activos en Perfil de proveedor se tendrá en cuenta como válidos para la licitación siendo que es el reemplazo del SIPE? o se deberá presentar los documentos sustanciales de igual manera?		

## Consulta 12 - Lote 1 - placa L

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
El item 6 (placa en L de 7 orificios), se puede considerar de 6 orificios; quedando placa en L de 6/7 orificios??		