

## Consultas Realizadas

# Licitación 432627 - LPN SBE 78-23 ADQUISICION DE AGUJAS, BOLSAS, CÁNULAS Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED 1140000252

### Consulta 1 - item 17 CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO:

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2024
especificaciones técnicas en el PBC: CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO:CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO P/ ADULTOS 45 X 55 CM (+ - 5)		
favor aclarar si se refieren a campo quirurgico para incision con film y iodo o campo quirurgico en material SMS, SMMS, SMMMS con adhesivos laterales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
Se aclara que, nos referimos al campo quirúrgico adhesivo con film debido al uso previsto en procedimientos que requieren una correcta asepsia y manejo, por lo que el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 2 - item 17 CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO:

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
especificaciones técnicas en el PBC: CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO:CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO P/ ADULTOS 45 X 55 CM (+ - 5)		
Solicitamos amablemente aclarar si se refieren a campo quirurgico para incision con film + iodo o campo quirurgico en material SMS o SMMS con tiras auto adhesivas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
Se aclara que, nos referimos al campo quirúrgico adhesivo con film debido al uso previsto en procedimientos que requieren una correcta asepsia y manejo, por lo que el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 3 - Precio referencial - ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
ITEM 9 APOSITO HIDROCOLOIDE: Solicitamos amablemente a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 22.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los Datos Cargados en el SICP.		

### Consulta 4 - Precio referencial - ITEM 13

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
ITEM 13 BOLSA PARA OSTOMIA: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 33.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
El oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 5 - Precio referencial - ITEM 15

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
ITEM 15 - BOLSA PARA OSTOMIA: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 27.500 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los Datos Cargados en el SICP.		

### Consulta 6 - Precio referencial - ITEM 18

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
ITEM 18 CANULA DE ASPIRACION DE CAMPO QUIRURGICO: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 16.500 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los Datos Cargados en el SICP.		

### Consulta 7 - Precio referencial - ITEM 20

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
ITEM 20 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA CON BALON: Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 290.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los Datos Cargados en el SICP.		

### Consulta 8 - SE REFIERE AL CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD DEL LOTE DE MUESTRA PRESENTADO?

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
10- Certificado de garantía de Calidad de origen para todos los ítems cuyas muestras serán verificadas en el Dpto. de Control de Calidad de Productos Médicos, debidamente autenticados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
Se aclara que el certificado de garantía de calidad de origen es un documento que verifica que los productos ofrecidos cumplen con los estándares de calidad establecidos por las normativas vigentes. Este certificado es crucial para asegurar que las muestras presentadas sean confiables y aptas para su verificación en el Departamento de Control de Calidad de Productos Médicos, por lo que el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

### Consulta 9 - ITEMS 13, 14 Y 15

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
----------	-------------------	------------

PARA LOS ÍTEMS INDICADOS FAVOR ACTUALIZAR LOS PRECIOS REFERENCIALES, DADO QUE ESTÁN MUY POR DEBAJO DE LOS PRECIOS DE MERCADO PARA PRODUCTOS QUE CUMPLAN CON LA CALIDAD REQUERIDA PARA USO DE LOS PACIENTES.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los Datos Cargados en el SICP.

### Consulta 10 - PR Item 3 Aguja bx prostática

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita a la Convocante ajustar el precio de referencia del item 3 a Gs. 350.000, ya que este se encuentra por debajo del precio de mercado

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los Datos Cargados en el SICP.

### Consulta 11 - PR Item 4 y 5 Aguja para infusión

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita a la Convocante ajustar el precio de referencia del item 4 y 5 a Gs. 110.000, ya que estos se encuentran por debajo del precio de mercado

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los Datos Cargados en el SICP.

### Consulta 12 - PR Item 17 Campo adhesivo quirúrgico

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita a la Convocante ajustar el precio de referencia del item 17 a Gs. 110.000, ya que este se encuentra por debajo del precio de mercado

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los Datos Cargados en el SICP.

### Consulta 13 - PR Items 19-20-21 Canula de traqueostomía

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita a la Convocante ajustar el precio de referencia de los items 19-20-21 a Gs. 400.000, ya que este se encuentra por debajo del precio de mercado

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
-----------	--------------------	------------

El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los Datos Cargados en el SICP.

## Consulta 14 - PR Item 3 Aguja bx prostatica

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Se solicita a la Convocante ajustar el precio de referencia del ítem 3 a Gs. 350.000, ya que este se encuentra por debajo del precio de mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en los Datos Cargados en el SICP.		

## Consulta 15 - PRECIO DE REFERENCIA ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Solicitamos a la convocante verificar nuevamente el precio de referencia del ítem 1, ya que para la estimación de precios se han tomado los precios en licitaciones del 2018 y 2022, y esos precios ha variado considerablemente después de 4 años, damos algunos ejemplos de licitaciones recientes ID 436154 ITEM 5, ID 422592 ITEM 4, ID 443695 ITEM 37, a fin de verificar la diferencia de los costo para este año.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
El oferente deberá remitirse a lo establecido en los Datos Cargados en el SICP.		

## Consulta 16 - ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
<p>Donde dice: ítem 13 BOLSA PARA COLOSTOMÍA Y/O ILEOSTOMIA ADULTO Bolsa adulto de 2 Bolsa adulto de 2 (dos) piezas (base (dos) piezas (base más bolsa). más bolsa). Drenable con Drenable con clamp individual clamp individual incorporado con incorporado con barrera para la piel barrera para la piel y filtro para olor y filtro para olor (carbón activado o (carbón activado o similar). Con base similar). Con base con barrera para con barrera para piel resistente, con piel resistente, con adhesivo cutáneo adhesivo cutáneo hidrocoloide hidrocoloide 100%, de larga 100%, de larga duración. Borde duración. Borde adhesivo adhesivo recortable, aro recortable, aro flexible y flexible y encastrable. Bolsa encastrable. Bolsa con aro flexible y con aro flexible y encastrable, encastrable, drenable con drenable con sistema de cierre sistema de cierre integrado y filtro integrado y filtro anti olor (carbón anti olor (carbón activado o similar). Consulta: Se puede ofertar bolsa de colostomia de de una sola pieza y cierre tipo vercro, ya que no afecta en su funcionamiento</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los Datos Cargados en el SICP.</p>		

## Consulta 17 - ítem 14

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
<p>donde dice: BOLSA PARA COLOSTOMÍA Y/O ILEOSTOMIA Y/O ILEOSTOMIA PEDIATRICO Bolsa pediátrica de 1 (una) pieza. de 1 (una) pieza. Drenable con Drenable con clamp individual clamp individual incorporado con incorporado con barrera para la piel barrera para la piel y filtro para olor y filtro para olor (carbón activado o (carbón activado o similar). Con similar). Con adhesivo cutáneo adhesivo cutáneo hidrocoloide 100% hidrocoloide 100% de larga duración. de larga duración. Borde adhesivo Borde adhesivo recortable. recortable. drenable con drenable con sistema de cierre sistema de cierre integrado y filtro integrado y filtro anti olor (carbón anti olor (carbón activado o similar) Consulta: Se puedo ofertar bolsa de colostomia con sistema de cierre tipo vercro ya que el sistema de cierre clamp no viene incorporado por la bolsa.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
<p>El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los Datos Cargados del SICP.</p>		

## Consulta 18 - ítem 15

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
<p>donde dice: BOLSA PARA COLOSTOMÍA Y/O ILEOSTOMIA ADULTO Bolsa adulto de 1 (una) pieza. (una) pieza. Drenable con Drenable con clamp individual clamp individual incorporado con incorporado con barrera para la piel barrera para la piel y filtro para olor y filtro para olor (carbón activado o (carbón activado o similar). Con similar). Con adhesivo cutáneo adhesivo cutáneo hidrocoloide 100% hidrocoloide 100% de larga duración. de larga duración. Borde adhesivo Borde adhesivo recortable, recortable, drenable con drenable con sistema de cierre sistema de cierre integrado y filtro integrado y filtro anti olor (carbón anti olor (carbón activado o similar).</p> <p>consulta: solicitamos a la convocante aceptar bolsas con cierre sistema vercro, ya que el sistema de cierre clamp no viene incorporado por la bolsa, viene aparte como un accesorio</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en los Datos Cargados en el SICP.		