

## Consultas Realizadas

# Licitación 432638 - LPN SBE 39-23 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DEL INTERIOR DEL PAIS

### Consulta 1 - Lote 5 y 7 - Item 1- Hemograma

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se solicita a la convocante que el ítem que solicita la detección de "análisis óptico de dos angulos para determinación de tamaño y numero de plaquetas" sea modificada, ya que los analizadores con la capacidad de procesamiento 80test/h solicitada en tal ítem, realizan la detección de este parámetro por impedancia eléctrica, obligando así a los ofertantes a cotizar equipos con capacidades superiores a las solicitadas en las EETT de este PBC		

### Consulta 2 - Lote 5 y 7 - Ítems 2 al 5 Crasis Sanguinea

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se solicita a la convocante verificar, si el Volumen de muestra solicitado 2,5 µl. como mínimo se encuentra correcto, ya que este volumen se encuentra muy por debajo de la cantidad mínima obtenida incluso para muestras pediátricas. Se sugiere a la convocante modificar este valor a volúmenes mayores, mínimamente 5µl y de corroborar con las marcas establecidas en el mercado, de tal forma a poder fomentar la libre competencia de los ofertantes.		

### Consulta 3 - Lote 5 y 7 - Ítems 2 al 5 - Crasis Sanguinea

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para crasis sanguínea, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard		

### Consulta 4 - Lote 5 y 7 - Ítems 6 al 67 - Química e Inmunología

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se solicita a la convocante la aclaración de si los test realizados por inmunoensayo se pueden realizar indistintamente por Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia o por ELISA, de tal forma a poder permitir a los ofertantes cotizar equipos con igual o equivalente sensibilidad para las determinaciones solicitadas.		

### Consulta 5 - Lote 5 y 7 - Item 68 - Gasometría

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se solicita amablemente a la convocante la aclaración de los rangos de referencia presentados en las EETT, ya que se observan que los mismos no se encuentran separados por guiones, lo cual se presta a confusión para la interpretación de los mismos.		

## Consulta 6 - Lote 5 y 7 - Ítem 68 - Gasometría

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se solicita a la convocante modificar la unidad de medida del parámetro "pH", ya que el potencial de hidrógeno no posee unidad de medida y en las EETT se establece mmHg que es unidad de medida de presión		

## Consulta 7 - Lote 6, 8,9,10,11 - Ítem 1- Hemograma

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se solicita a la convocante que el ítem que solicita la detección de "análisis óptico de dos ángulos para determinación de tamaño y número de plaquetas" sea modificada, ya que los analizadores con la capacidad de procesamiento 80test/h solicitada en tal ítem, realizan la detección de este parámetro por impedancia eléctrica, obligando así a los ofertantes a cotizar equipos con capacidades superiores a las solicitadas en las EETT de este PBC.		

## Consulta 8 - Lote 6, 8,9,10,11 - Ítems 2 al 4 Crisis Sanguínea

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se solicita a la convocante verificar, si el Volumen de muestra solicitado 2,5 µl. como mínimo se encuentra correcto, ya que este volumen se encuentra muy por debajo de la cantidad mínima obtenida incluso para muestras pediátricas. Se sugiere a la convocante modificar este valor a volúmenes mayores, mínimamente 5µl, y de corroborar con las marcas establecidas en el mercado, de tal forma a poder fomentar la libre competencia de los ofertantes		

## Consulta 9 - Lote 6, 8,9,10,11 - Ítems 2 al 4 Crisis Sanguínea

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para crisis sanguínea, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard		

## Consulta 10 - Lote 6, 8,9,10,11 - Ítems 5 al 29 - Química

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se observa que la convocante, en las Especificaciones técnicas de los equipos para Reactivos e insumos para Química sanguínea, solicita proporcionar gráficos de Westgard. Teniendo en cuenta que las reglas de Westgard son un conjunto de criterios aplicados a los gráficos de Levey-Jennings para identificar y evaluar posibles errores y desviaciones en los datos, y es el gráfico de Levey-Jennings el que es utilizado para representar los resultados de controles de calidad en laboratorios clínicos, mostrando los valores de las mediciones en comparación con el valor promedio esperado y sus desviaciones estándar, se solicita a la convocante modificar esta información, ya que el gráfico solicitado para ese fin es el de Levey-Jennings, ya que no existe tal gráfico de Westgard		

## Consulta 11 - Lote 15 - Urianálisis

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
Se solicita a la convocante aclarar el punto donde establece "volumen máximo de muestra requerido para el análisis: 15mL", por "volumen mínimo". Por tanto, se solicita establecer un volumen mínimo acorde a los parámetros a analizar y la capacidad de los analizadores, por ejemplo: 2 mL.		

## Consulta 12 - Lote 1 y Lote 4:

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
<p>La convocante para los Lote 1 Regional de Encarnación y Lote 4 Regional de Villarrica solicita para los Equipos de Química e Inmunología Un (01) equipo totalmente integrado para bioquímica clínica e inmunología en cambio para los Lotes 2, 3, 5, 7 y 16 solicita Cantidad de Equipos Un (01) equipo totalmente integrado para bioquímica clínica e inmunología O dos (02) equipos automatizados por separado, uno para bioquímica clínica y otro de inmunología. OBS: también se podrá ofertar por separado otros equipos en el caso de que un solo equipo no realice todas las determinaciones del Lote. Solicitamos a la convocante unificar los criterios para todos los Lotes debido a que no existe variación en cuanto a solicitar integrado o dos equipos por separado sino más bien limitar la participación.</p>		

## Consulta 13 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2024
<p>Solicitamos a la convocante modificar el sistema de adjudicación a Lotes por Metodología Analítica para cada Hospital, teniendo en cuenta de que se tratara de equipos independientes por cada ítems y que se especifique en los mismos a que hospital correspondería. Como ser: Lote 1: Hemograma (Hospital Regional Ciudad del Este), Lote 2: Coagulación (Hospital Regional Ciudad del Este), Lote 4: Química e Inmunología (Hospital Regional Ciudad del Este), y así sucesivamente. Teniendo en cuenta que dicha modificación no afectaría al servicio y a lo requerido, además de que el Instituto de Previsión Social siempre designo que el lote de mayor valor para el Hospital deberá de ser el proveedor del sistema del laboratorio y los demás deberán unirse al mismo por medio de una interface sin perjuicio de espacio o duplicación de equipos.</p>		

## Consulta 14 - Lotes N° 1 y N° 2.

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
<p>Para estos lotes, se solicita amablemente a la convocante, poder ofertar la familia de drogas de abuso y drogas terapeuticas en un equipo separado ya que muy pocas marcas poseen un menu tan completo, limitando a la participacion de mas oferentes.</p>		

## Consulta 15 - Lote N° 3, N° 4, N° 7 y N° 16.

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
<p>Se solicita a la convocante la aclaración de si los test realizados por inmunoensayo se pueden realizar indistintamente por Quimioluminiscencia, Electroquimioluminiscencia o por ELISA, de tal forma a poder permitir a los ofertantes cotizar equipos con igual o equivalente sensibilidad para las determinaciones solicitadas.</p>		

## Consulta 16 - Lotes N° 1, N° 2, N° 4, N° 7 y N° 16.

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
<p>Se solicita amablemente a la convocante permitir la lectura de reactivos por RFID y/o codigo de barras, ya que la finalidad es la misma y son solo tecnologias de lectura de datos diferentes.</p>		

## Consulta 17 - Lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
<p>Solicitamos amablemente a la convocante que permita ofertar Gasómetro con las siguientes características: pO2: 10 700 mm Hg pCO2: 10 200 mm Hg pH: 6,500 7,800 mm Hg Presión barométrica: 500 800 mm Hg Hemoglobina: 3,33 - 23 g/dl A fin de permitir la mayor participación de oferentes</p>		

## Consulta 18 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante que permita ofertar Gasómetro con las siguientes características: pO2: 10 700 mm Hg pCO2: 10 200 mm Hg pH: 6,500 7,800 mm Hg Presión barométrica: 500 800 mm Hg Hemoglobina: 3,33 - 23 g/dl A fin de permitir la mayor participación de oferentes		

## Consulta 19 - Lote 7

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante que permita ofertar Gasómetro con las siguientes características: pO2: 10 700 mm Hg pCO2: 10 200 mm Hg pH: 6,500 7,800 mm Hg Presión barométrica: 500 800 mm Hg Hemoglobina: 3,33 - 23 g/dl A fin de permitir la mayor participación de oferentes		

## Consulta 20 - Lote 16

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante que permita ofertar Gasómetro con las siguientes características: pO2: 10 700 mm Hg pCO2: 10 200 mm Hg pH: 6,500 7,800 mm Hg Presión barométrica: 500 800 mm Hg Hemoglobina: 3,33 - 23 g/dl A fin de permitir la mayor participación de oferentes		

## Consulta 21 - Lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante reducir el volumen mínimo de aspiración del contador hematológico a 60 &#956;L. A fin de modificar las EETT en el PBC de "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 100 a 250 &#956;L de sangre para sistemas cerrados como mínimo" a "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 60 a 250 &#956;L de sangre para sistemas cerrados como mínimo". La reducción del volumen mínimo de muestra beneficiaría al permitir un menor consumo de muestra para el análisis de hemograma.		

## Consulta 22 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante reducir el volumen mínimo de aspiración del contador hematológico a 60 &#956;L. A fin de modificar las EETT en el PBC de "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 100 a 250 &#956;L de sangre para sistemas cerrados como mínimo" a "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 60 a 250 &#956;L de sangre para sistemas cerrados como mínimo". La reducción del volumen mínimo de muestra beneficiaría al permitir un menor consumo de muestra para el análisis de hemograma.		

## Consulta 23 - Lote 6

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
<p>Solicitamos amablemente a la convocante reducir el volumen mínimo de aspiración del contador hematológico a 60 &amp;#956;L. A fin de modificar las EETT en el PBC de "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 100 a 250 &amp;#956;L de sangre para sistemas cerrados como mínimo" a "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 60 a 250 &amp;#956;L de sangre para sistemas cerrados como mínimo". La reducción del volumen mínimo de muestra beneficiaría al permitir un menor consumo de muestra para el análisis de hemograma.</p>		

## Consulta 24 - Lote 7

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
<p>Solicitamos amablemente a la convocante reducir el volumen mínimo de aspiración del contador hematológico a 60 &amp;#956;L. A fin de modificar las EETT en el PBC de "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 100 a 250 &amp;#956;L de sangre para sistemas cerrados como mínimo" a "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 60 a 250 &amp;#956;L de sangre para sistemas cerrados como mínimo". La reducción del volumen mínimo de muestra beneficiaría al permitir un menor consumo de muestra para el análisis de hemograma.</p>		

## Consulta 25 - Lote 8

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
<p>Solicitamos amablemente a la convocante reducir el volumen mínimo de aspiración del contador hematológico a 60 &amp;#956;L. A fin de modificar las EETT en el PBC de "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 100 a 250 &amp;#956;L de sangre para sistemas cerrados como mínimo" a "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 60 a 250 &amp;#956;L de sangre para sistemas cerrados como mínimo". La reducción del volumen mínimo de muestra beneficiaría al permitir un menor consumo de muestra para el análisis de hemograma.</p>		

## Consulta 26 - Lote 9

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
<p>Solicitamos amablemente a la convocante reducir el volumen mínimo de aspiración del contador hematológico a 60 &amp;#956;L. A fin de modificar las EETT en el PBC de "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 100 a 250 &amp;#956;L de sangre para sistemas cerrados como mínimo" a "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 60 a 250 &amp;#956;L de sangre para sistemas cerrados como mínimo". La reducción del volumen mínimo de muestra beneficiaría al permitir un menor consumo de muestra para el análisis de hemograma.</p>		

## Consulta 27 - Lote 10

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
<p>Solicitamos amablemente a la convocante reducir el volumen mínimo de aspiración del contador hematológico a 60 &amp;#956;L. A fin de modificar las EETT en el PBC de "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 100 a 250 &amp;#956;L de sangre para sistemas cerrados como mínimo" a "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 60 a 250 &amp;#956;L de sangre para sistemas cerrados como mínimo". La reducción del volumen mínimo de muestra beneficiaría al permitir un menor consumo de muestra para el análisis de hemograma.</p>		

## Consulta 28 - Lote 11

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
<p>Solicitamos amablemente a la convocante reducir el volumen mínimo de aspiración del contador hematológico a 60 &amp;#956;L. A fin de modificar las EETT en el PBC de "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 100 a 250 &amp;#956;L de sangre para sistemas cerrados como mínimo" a "Modos y volúmenes de muestra: abierto y/o cerrado de 60 a 250 &amp;#956;L de sangre para sistemas cerrados como mínimo". La reducción del volumen mínimo de muestra beneficiaría al permitir un menor consumo de muestra para el análisis de hemograma.</p>		

## Consulta 29 - CAPACIDAD FINANCIERA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Solicitamos amablemente a la convocante rever el apartado, Capacidad Financiera en el punto capital operativo, donde dice; en caso de montos mínimos y máximos, deberá ser por el monto máximo del llamado, para permitir a más oferentes participar, debido a que el sistema de adjudicación es por lote. Se solicita cordialmente a la convocante que diga: El oferente deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15% del monto total de la oferta, lo cual podrá ser corroborado por medio del Balance General del último periodo (2023), pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada.		

## Consulta 30 - lote 12- ítem 1 y2

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podrían aceptar dos tarjetas que detecten enterobacterias y otra que detecte no fermentadores? Y que no incluyan los siguientes ATB : No Incluye: Cefalotina, ertapenem, trimetoprima / sulfameto, colistina y tigeciclina.		

## Consulta 31 - LOTE 12 - ÍTEM 3 Y 4

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría aceptar que en una tarjeta se haga la identificación y la detección de hongos?		

## Consulta 32 - LOTE 12 - ÍTEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría aceptar que sean 2 tarjetas, una para detección de strepto y otra para detección de staphylo?		

## Consulta 33 - LOTE 12 - ÍTEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría aceptar si No incluye: ciprofloxacina, oxacilina, tigeciclina?		

## Consulta 34 - LOTE 12 ÍTEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría aceptar si no incluye: gentamicina alta carga, tetraciclina, vancomicina, tigeciclina, linezolid Pero incluye:Penicilinas (4), Cefalosporinas (10), Aminoglucósidos (2), 4-quinolonas (2), sulfonamidas (1), Medicamento fura (1), Tetraciclina (1), Carbapenems (2), polimixinas (1), Cloromicetinas (1)		

## Consulta 35 - LOTE 12 ÍTEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría admitir si incluye: 20 ATB pero no incluye cefotaxima		

## Consulta 36 - LOTE 12 - ÍTEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría admitir que el equipo y los frascos no sean de la misma marca?		

### Consulta 37 - LOTE 12 - ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría admitir que el equipo y los frascos no sean de la misma marca?		

### Consulta 38 - LOTE 12 ITEM 26

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría admitir Agar Manitol Salado?		

### Consulta 39 - LOTE 12 ITEM 73

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría aceptar discos de EDTA de 930 ug y de 750ug?		

### Consulta 40 - LOTE 12 ITEM 85

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría aceptar pipera graduable de 100 a 1000 ul?		

### Consulta 41 - LOTE 13 - ITEM 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podrían aceptar dos tarjetas que detecten enterobacterias y otra que detecte no fermentadores? Y que no incluyan los siguientes ATB : No Incluye: Cefalotina, ertapenem, trimetoprima / sulfameto, colistina y tigeciclina.		

### Consulta 42 - LOTE 13 - ITEM 3 Y 4

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría aceptar que en una tarjeta se haga la identificación y la detección de hongos?		

### Consulta 43 - LOTE 13 ITEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría aceptar que sean 2 tarjetas, una para detección de strepto y otra para detección de staphylo?		

### Consulta 44 - LOTE 13 ITEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría aceptar si No incluye: ciprofloxacina, oxacilina, tigeciclina?		

### Consulta 45 - LOTE 13 ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría aceptar si no incluye: gentamicina alta carga, tetraciclina, vancomicina, tigeciclina, linezolid Pero incluye:Penicilinas (4), Cefalosporinas (10), Aminoglucósidos (2), 4-quinolonas (2), sulfonamidas (1), Medicamento fura (1), Tetraciclina (1), Carbapenems (2), polimixinas (1), Cloromicetinas (1)		

### Consulta 46 - LOTE 13 ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir si incluye: 20 ATB pero no incluye cefotaxima

### Consulta 47 - LOTE 13 ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir que el equipo y los frascos no sean de la misma marca?

### Consulta 48 - LOTE 13 ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir que el equipo y los frascos no sean de la misma marca?

### Consulta 49 - LOTE 13 ITEM 26

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría admitir Agar Manitol Salado?

### Consulta 50 - LOTE 13 ITEM 73

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría aceptar discos de EDTA de 930 ug y de 750ug?

### Consulta 51 - LOTE 13 ITEM 85

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría aceptar pipera graduable de 100 a 1000 ul?

### Consulta 52 - LOTE 14 - ITEM 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podrían aceptar dos tarjetas que detecten enterobacterias y otra que detecte no fermentadores? Y que no incluyan los siguientes ATB : No Incluye: Cefalotina, ertapenem, trimetoprima / sulfameto, colistina y tigeciclina.

### Consulta 53 - LOTE 14 - ITEM 3 Y 4

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría aceptar que en una tarjeta se haga la identificación y la detección de hongos?

### Consulta 54 - LOTE 14 ITEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría aceptar que sean 2 tarjetas, una para detección de strepto y otra para detección de staphylo?

### Consulta 55 - LOTE 14 ITEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría aceptar si No incluye: ciprofloxacina, oxacilina, tigeciclina?

### Consulta 56 - LOTE 14 ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría aceptar si no incluye: gentamicina alta carga, tetraciclina, vancomicina, tigeciclina, linezolid Pero incluye: Penicilinas (4), Cefalosporinas (10), Aminoglucósidos (2), 4-quinolonas (2), sulfonamidas (1), Medicamento fura (1), Tetraciclina (1), Carbapenems (2), polimixinas (1), Cloromicetinas (1)		

### Consulta 57 - LOTE 14 ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría admitir si incluye: 20 ATB pero no incluye cefotaxima		

### Consulta 58 - LOTE 14 ITEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría admitir que el equipo y los frascos no sean de la misma marca?		

### Consulta 59 - LOTE 14 ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría admitir que el equipo y los frascos no sean de la misma marca?		

### Consulta 60 - LOTE 14 ITEM 26

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría admitir Agar Manitol Salado?		

### Consulta 61 - LOTE 14 ITEM 73

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría aceptar discos de EDTA de 930 ug y de 750ug?		

### Consulta 62 - LOTE 14 ITEM 85

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría aceptar pipera graduable de 100 a 1000 ul?		

### Consulta 63 - Lotes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16 - HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
- Se solicita a la convocante: permitir que el rango del volumen de aspiración sea hasta 250 ul, de manera a poder ofertar equipos capaces de aspirar un volumen menor a 100 ul, siendo esta una característica mejorada y a unificar criterios en todos los lotes, ya que para los lotes 1 y 4 el rango se encuentra de 100 a 250, y en el resto de los lotes de 150 a 250 ul.		

### Consulta 64 - Lotes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16 - HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
- Se solicita a la convocante aclarar: con respecto al programa ILQC, si se refiere a un programa en específico o si el equipo debe contar con un programa de control de calidad interlaboratorio y cuales son las características requeridas de dicho programa, ya que este programa mencionado "ILQC" es específico de una sola marca.		

**Consulta 65 - Lotes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16 - HEMOGRAMA**

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante: permitir ofertar equipos que realicen la determinación del número plaquetas mediante impedancia, ya que el análisis óptico de dos ángulos corresponde a equipos de características superiores y mejor rendimiento a lo solicitado		

**Consulta 66 - Lotes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16 - HEMOGRAMA**

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
- En la sección Soporte: Se puede ofertar microscopio con iluminación LED, ya que actualmente se fabrican con esta tecnología, dejando de lado la lámpara halógena, que presenta menor vida útil y mayor consumo energético		

**Consulta 67 - Lotes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16 - COAGULOGRAMA:**

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante: aclarar si el volumen es de 2,5 ul en adelante y hasta que volumen se podría aceptar (establecer un rango); ya que 2,5 ul es un volumen muy pequeño y resulta en una característica limitante al momento de ofertar un equipo.		

**Consulta 68 - Lotes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16 - COAGULOGRAMA**

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
En la sección soporte: Se solicita a la convocante: permitir ofertar una centrifuga con diferentes tipos de rotores para cubrir las necesidades solicitadas (tubos de 2.5 ml como máximo y 1.5 ml para pediátricos). o en todo caso aclarar Multifunción y especificar que tipo de rotores se necesitan.		

**Consulta 69 - Lotes: 1, 4 - QUÍMICA SANGUINEA E INMUNOLOGÍA:**

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante: Aceptar un equipo de química y un equipo de inmunoensayo por separado, o integrado, de manera a dar lugar a mayor cantidad de oferentes y unificar criterios con los demás lotes.		

**Consulta 70 - Lotes: 1, 4 - QUÍMICA SANGUINEA E INMUNOLOGÍA:**

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Aclaración, donde cita: Para Inmunología capacidad de reactivos a bordo: mínimo 20(veinte) para el módulo de Inmunología (equipo integrado) o equipo de inmunología solo si existe la posibilidad de ofertar equipo de química e inmunología por separado, ya que al comienzo de las especificaciones técnicas se solicita equipo integrado.		

**Consulta 71 - Lotes: 1, 4 - QUÍMICA SANGUINEA E INMUNOLOGÍA:**

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante aclarar: el volumen mínimo de 0,4 ul es demasiado pequeño por lo cual se requiere saber si no existe error de tipeo, siendo lo correcto 0.4 ml (400 ul), o en todo caso establecer un rango mínimo aceptable		

**Consulta 72 - Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 - QUÍMICA SANGUINEA E INMUNOLOGÍA:**

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante: aceptar la presentación de ofertas con reactivos de marca diferente al equipo ofertado, de manera a dar lugar a mayor cantidad de oferentes.		

**Consulta 73 - Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16 - QUÍMICA SANGUINEA E INMUNOLOGÍA:**

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante aclarar si las determinaciones FACTOR REUMATOIDEO; ASTO deberán ser realizadas de manera automatizada en el equipo integrado; o de manera manual, ya que así es como generalmente se procesan las mismas.		

**Consulta 74 - Lotes: 1 ,2, 4 - QUÍMICA SANGUINEA E INMUNOLOGÍA:**

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante: aceptar la oferta de equipo completamente automatizado con metodología por quimioluminiscencia auxiliar, en el caso de que el equipo integrado o de inmunología no realice todas las determinaciones listadas.		

**Consulta 75 - Lotes: 1 ,2, 4 -**

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante aceptar la oferta de un equipo de ELISA como auxiliar para realizar la determinación de anti CCP IgM, de manera a dar lugar a mayor participación.		

**Consulta 76 - Lotes: 1 ,2, 4 - QUÍMICA SANGUINEA E INMUNOLOGÍA:**

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante aceptar la oferta de un equipo de ELISA como auxiliar para realizar la determinación de anti CCP IgM, de manera a dar lugar a mayor participación.		

**Consulta 77 - Lotes: 1 ,2, 4 - QUÍMICA SANGUINEA E INMUNOLOGÍA:**

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
- Se solicita a la convocante: aceptar la presentación de un equipo de soporte que realice las determinaciones de drogas terapéuticas, en el caso de que el equipo integrado no cumpla con el listado completo de determinaciones solicitadas		

**Consulta 78 - Lote 2**

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Solicitamos a la convocante separar en lotes diferentes el Hospital Regional de Concepción y la Unidad Sanitaria de Puerto Casado, ya que el hospital regional requiere de determinaciones más especializadas que no se listan entre las solicitadas para puerto casado, de esta manera permitir que mayor cantidad de oferentes puedan participar para ambos lugares.		

**Consulta 79 - Lote 2**

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
En la sección soporte: Para los lugares en donde se solicita: centrifuga nueva de 5.000 rpm con capacidad para 36 o más tubos; se podrían ofertar dos centrífugas para 24 tubos cada una, en el caso de no contar con una que posea la capacidad mencionada de: 36 tubos o más.		

**Consulta 80 - Lotes: 2 (unidad sanitaria de puerto casado), 6, 8, 9, 10, 11**

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante aceptar la oferta de equipo completamente automatizado de química clínica que no cuenta con la característica: detección de burbujas.		

### Consulta 81 - Lotes: 1, 2, 4 - SEROLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
- Se solicita a la convocante aclarar la cantidad de equipos que pueden ser ofertados de manera a cubrir con el total de determinaciones listadas en el apartado Serología.		

### Consulta 82 - Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16 - GASOMETRÍA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se podría aceptar un equipo cuyo rango de medición de pCO2 sea: 10 - 150 mmHg?		

### Consulta 83 - Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16 - GASOMETRIA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante aclarar cuando menciona: Presión barométrica:500 - 800 mm Hg, si esta medición es relevante, y si es indispensable que el equipo ofertado realice el cálculo ya que la influencia de la presión barométrica tiene relevancia en poblaciones que residen en altitud, situación que no se aplica en nuestro país.		

### Consulta 84 - Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16 - GASOMETRIA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
- Se solicita a la convocante aceptar, equipo de gasometría que emita el resultado de hemoglobina de manera calculada, ya que este mismo dato puede ser obtenido mediante un contador hematológico en el hemograma		

### Consulta 85 - Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16 - GASOMETRIA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
En la sección insumos para el gasómetro: Se solicita a la convocante aclarar: el volumen de las jeringas a ser requeridas, así como también las dimensiones de la aguja para la misma.		

### Consulta 86 - Lotes: 3, 5, 7, 16 - GASOMETRIA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Solicitamos a la convocante: aceptar equipo que emita los resultados de Hb, FiO2, sO2 de manera calculada.		

### Consulta 87 - TEST DIAGNOSTICOS RAPIDOS EN LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16: Para la determinación ANTÍGENO DENGUE: Se podría aceptar test rápido con sensibilidad de 1 ng/ml?		

### Consulta 88 - Lote 15 - ORINA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se solicita a la convocante aclarar si la velocidad mencionada de 80 test/hora corresponde a la unidad de química solamente, o a ambas (química y sedimento) ya que en general los módulos de los autoanalizadores de orina difieren en sus velocidades de procesamiento.		

## Consulta 89 - Lote 8

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Se observa que la convocante en las Especificaciones Técnicas solicita reactivos para la determinación de hemograma con análisis ópticos de dos ángulos para determinar el número y el tamaño de plaquetas, esto limita y direcciona a ciertas marcas de oferentes, pudiendo utilizarse otros mecanismos también muy confiables y utilizados ampliamente en el mercado como ser por el método de impedancia		

## Consulta 90 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
EN RELACION A ESTE PUNTO: Documentos que acrediten el año de fabricación del equipo en comodato conforme a las Especificaciones Técnicas, emitidas por el fabricante, que podrá entregar por lo menos a la firma del contrato en el caso de que fuera adjudicado. Consultamos si podríamos presentar una declaración jurada que en caso de resultar adjudicado entregar el documento solicitado??		

## Consulta 91 - requisitos documentales para evaluar la capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Solicita: Si el oferente es representante local del fabricante deberá presentar la autorización del fabricante. Considerando que no aclara y con el propósito de evitar inconvenientes al momento de la evaluación, se consulta si se podrá presentar el documento sin consularización o apostillado, ni inscripto en el registro público de comercio?		

## Consulta 92 - capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
No se visualiza el requerimiento de la autoridad sanitaria para la comercialización como ser: Presentación de Copia autenticada de Habilitación vigente como importador o Distribuidor de Productos de Diagnóstico de Uso In Vitro otorgado por DINAVISA o por el Laboratorio Central del MSP y BS o constancia de solicitud de renovación en trámite, donde conste el producto solicitado		

## Consulta 93 - capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Requiere: Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple. Favor aclara si lo solicitado no sería lo siguiente: Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. A los efectos de evitar ambigüedades que podrían causar inconvenientes al momento de la evaluación		

## Consulta 94 - capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Solo a los efectos de evitar inconvenientes al momento de la evaluación se consulta lo siguiente: Solicita: b) Certificado de venta libre del país de origen de cada determinación ofertada. Esta documentación reemplazaría al siguiente?: 3-Copia autenticada del Certificado de Registro o Inscripción vigente del producto ofertado o constancia de que se halla en trámite de renovación, expedido por DINAVISA o por el Laboratorio Central del MSP y BS.		

### Consulta 95 - Lote 14

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Item 67: Penicilina, pide de 10ug, se solicita a al convocante verificar ya la carga correcta debe ser UI (unidades internacionales) o al menos su equivalente en ug que es 6ug		

### Consulta 96 - lote 12

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Item 67: Penicilina, pide de 10ug, se solicita a al convocante verificar ya la carga correcta debe ser UI (unidades internacionales) o al menos su equivalente en ug que es 6ug		

### Consulta 97 - lote 13

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Item 67: Penicilina, pide de 10ug, se solicita a la convocante verificar pues la carga correcta debe ser UI (unidades internacionales) o su equivalente en ug de 6ug		

### Consulta 98 - lote 15

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
requiere: velocidad de procesamiento de 80 test/hora. Se solicita a la convocante reformular en los siguientes terminos "velocidad de procesamiento de 80 test/hora como minimo" a fin de dar mayor participacion a oferentes		

### Consulta 99 - Lote 1 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas con contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basados en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

### Consulta 100 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 1 Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas con equipo para análisis de hemostasia con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

### Consulta 101 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 1 Item 6 al 84

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas con equipos para química automatizada e inmunología (CLIA) automatizada por separado con capacidad equivalente al equipo solicitado? a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

### Consulta 102 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 1 Item 6 al 84

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas de reactivos de marca diferentes al equipo ofertado y listos para el uso compatibles con el equipo ofertado y recomendado por la marca, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

### Consulta 103 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 1 Ítem 76 al 83

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas con equipo para dosaje de Drogas terapéuticas y de abuso por separado, a fin de brindar mayor oportunidad de participación.		

### Consulta 104 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 1 Ítem 86 y 87

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Serán aceptadas ofertas con las determinaciones Herpes 1 y 2 IgG, IgM por método Quimioluminiscencia?		

### Consulta 105 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 1 Ítem 96 al 100

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas con equipo completamente automatizado para la preparación de laminas para IFI listo para la lectura en microscopio de fluorescencia separado, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

### Consulta 106 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 1 Ítem 96 al 100

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Donde se refiera a El oferente debe encargarse de la capacitación del profesional bioquímico para el manejo e interpretación de los métodos ofertados se solicita considerar suprimir el apartado interpretación de resultados de los métodos ofertados teniendo en cuenta que la interpretación está sujeta a una especialización académica o institucional del bioquímico responsable de la emisión del resultado.		

### Consulta 107 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 1 Ítem 127 al 143

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.		

### Consulta 108 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 2 Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas con contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

### Consulta 109 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 2 Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas con equipo para análisis de hemostasia con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.		

### Consulta 110 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 2 Ítem 76 al 83

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si serán aceptadas ofertas con equipo por separado para dosaje de Drogas terapéuticas y de abuso, a fin de brindar mayor oportunidad de participación.		

## Consulta 111 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 2 Item 87 y 88

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si seran aceptadas ofertas de determinaciones Herpes 1 y 2 IgG, IgM por método Quimioluminiscencia?		

## Consulta 112 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 2 Item 97 al 101

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Donde se refiera a El oferente debe encargarse de la capacitación del profesional bioquímico para el manejo e interpretación de los métodos ofertados se solicita considerar suprimir el apartado interpretación de resultados de los métodos ofertados teniendo en cuenta que la interpretación está sujeta a una especialización académica o institucional del bioquímico responsable de la emisión del resultado		

## Consulta 113 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 2 Item 86 a 114

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita a la Convocante considerar separar los lotes por metodología Elisa y/o Clia, IFI, considerando que se tratan de métodos diferentes con equipamiento diferente que por lo general son de marcas distintas, esto ayudaría a tener una mayor participación de oferentes.		

## Consulta 114 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 2 Item 128 al 143

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita a la Convocante considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.		

## Consulta 115 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 2 Item 145

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si seran aceptadas ofertas con contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

## Consulta 116 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 2 Item 146 al 148

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si seran aceptadas ofertas con equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados,		

## Consulta 117 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 2 Item 188 al 204

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita a la Convocante considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos		

## Consulta 118 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 3 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si seran aceptadas ofertas con contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

### Consulta 119 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 3 Item 2 al 5

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si seran aceptadas ofertas con equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados		

### Consulta 120 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 3 Item 84 al 100

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita a la Convocante considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.		

### Consulta 121 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 4 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si seran aceptadas ofertas con contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

### Consulta 122 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 4 Item 2 al 5

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si seran aceptadas ofertas con equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados.		

### Consulta 123 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 4 Item 6 al 84

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si seran aceptadas ofertas con equipos para química automatizada e inmunología (CLIA) automatizada por separado con capacidad equivalente al equipo solicitado?		

### Consulta 124 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 4 Item 75 y 76

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si seran aceptadas ofertas con las determinaciones Herpes 1 y 2 IgG, IgM por método Quimioluminiscencia?		

### Consulta 125 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 4 Item 86 al 90

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si seran aceptadas ofertas con equipo completamente automatizado para la preparación de laminas para IFI listo para la lectura en microscopio de fluorescencia separado.		

### Consulta 126 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 4 Item 86 al 90

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Donde se refiera a El oferente debe encargarse de la capacitación del profesional bioquímico para el manejo e interpretación de los métodos ofertados se solicita considerar suprimir el apartado interpretación de resultados de los métodos ofertados teniendo en cuenta que la interpretación está sujeta a una especialización académica o institucional del bioquímico responsable de la emisión del resultado		

## Consulta 127 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 4 Item 75 a 103

Consulta	Fecha de Consulta
	06-09-2024
Se solicita a la Convocante considerar separar los lotes por metodología Elisa y/o Clia, IFI, considerando que se tratan de métodos diferentes con equipamiento diferente que por lo general son de marcas distintas, esto ayudaría a tener una mayor participación de oferentes.	

## Consulta 128 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 4 Item 117 al 133

Consulta	Fecha de Consulta
	06-09-2024
Se solicita a la Convocante considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.	

## Consulta 129 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 5 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta
	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si seran aceptadas ofertas con contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?	

## Consulta 130 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 5 Item 2 al 5

Consulta	Fecha de Consulta
	06-09-2024
Consultamos a la Convocante si seran aceptadas ofertas con equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados.	

## Consulta 131 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 5 Item 80 al 95

Consulta	Fecha de Consulta
	06-09-2024
Se solicita a la Convocante considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.	

## Consulta 132 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 5 Item 80 al 95

Consulta	Fecha de Consulta
	06-09-2024
Se solicita a la Convocante considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.	

## Consulta 133 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 6 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta
	06-09-2024
Puede ofertarse contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?	

## Consulta 134 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 6 Item 44 al 60

Consulta	Fecha de Consulta
	06-09-2024
Se solicita a la Convocante considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.	

### Consulta 135 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 7 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

### Consulta 136 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 7 Item 2 al 5

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados		

### Consulta 137 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 7 Item 6 al 35

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse reactivos de marca diferentes al equipo ofertado y listos para el uso compatibles con el equipo ofertado y recomendado por la marca.		

### Consulta 138 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 7 Item 81 al 97

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.		

### Consulta 139 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 7 Item 2 al 5

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados		

### Consulta 140 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 8 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

### Consulta 141 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 8 Item 2 al 4

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados		

### Consulta 142 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 8 Item 45 al 61

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.		

### Consulta 143 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 8 Item 62

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

### Consulta 144 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 8 Item 63 al 65

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados		

### Consulta 145 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 8 Item 106 al 122

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.		

### Consulta 146 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 9 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

### Consulta 147 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 9 Item 2 al 4

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados		

### Consulta 148 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 9 Item 44 al 60

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.		

### Consulta 149 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 10 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

### Consulta 150 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 10 Item 2 al 4

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados		

### Consulta 151 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 10 Item 44 al 60

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.		

### Consulta 152 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 11 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

### Consulta 153 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 11 Item 2 al 4

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados		

### Consulta 154 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 11 Item 63 al 65

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados.		

### Consulta 155 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 11 Item 62

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

### Consulta 156 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 11 Item 63 al 65

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados		

### Consulta 157 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 11 Item 106 al 122

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Se solicita considerar incluir estos ítems como consumibles a entregar dentro del lote considerando que la disponibilidad de los mismos no es constante y no la mayoría de las empresas importan estos insumos.		

### Consulta 158 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 16 Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse contador hematológico de 5 partes con capacidad de leer citología en sangre y líquidos biológicos basado en el principio de impedancia para detectar y enumerar la cantidad total de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y que utiliza citometría de flujo y medición de impedancia para reticulocitos?		

## Consulta 159 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 16 Item 2 al 5

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados		

## Consulta 160 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Lote 16 Item 82 al 98

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Puede ofertarse equipo para análisis de coagulograma con capacidad de procesamiento de acceso aleatorio para reducir al mínimo el plazo de entrega de resultados		

## Consulta 161 - Experiencia requerida:

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
En el apartado de Experiencia Requerida, donde dice: Demostrar la experiencia en la provisión de suministros laboratoriales con equipos en comodato con Contratos y/o Facturas, presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2019 2020 2021 2022 - 2023) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación, solicitamos a la convocante permita demostrar experiencia en provisión de reactivos y/o equipos y/o suministros de laboratorio por un monto mínimamente equivalente al 25% del monto total ofertado en la presente licitación dentro de los últimos cinco años, dando así apertura a la mayor cantidad de oferentes posibles y que así el IPS obtenga la mayor ventaja competitiva del mercado, beneficiando de esta manera a todos los asegurados de la institución. Por lo expuesto, solicitamos que el apartado quede de la siguiente manera: Demostrar la experiencia en la provisión de reactivos y/o equipos y/o suministros de laboratorio con equipos en comodato con Contratos y/o Facturas, presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2019 2020 2021 2022 - 2023) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.		

## Consulta 162 - Detalles de los productos

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
En el apartado de Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas CPS, donde dice: TEST DIAGNÓSTICOS RÁPIDOS EN LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, para los lotes número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 16, solicitamos amablemente a la convocante separar dicho enunciado con sus respectivos ítems del lote completo, dado que estos ítems son test rápidos y manuales que no requieren equipos en comodato, por lo cual dará lugar a una participación mayor de oferentes.		

## Consulta 163 - Detalles de los productos

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
En el apartado de Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas CPS, donde dice: TEST DIAGNÓSTICOS RÁPIDOS EN LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS, en la descripción del CBDM: Reactivo para la detección simultanea de antígenos de SARS-CoV-2 / influenza A /influenza B y otros virus respiratorios, para los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 16, solicitamos amablemente a la convocante esclarecer a que otros tipos de virus respiratorios hace referencia y si es posible la presentación por separado de las determinaciones, la misma no afectaría a los resultados y se respetaría la cantidad solicitada.		

## Consulta 164 - Detalles de los productos

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
En el apartado de Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas CPS, donde dice: DISPOSITIVOS LABORATORIALES DESCARTABLES, para los números de lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 16, solicitamos amablemente a la convocante separar dicho enunciado con sus respectivos ítems del lote completo, dado que estos ítems son insumos generales de laboratorio y no requieren equipos en comodato para cumplir una finalidad, por lo cual, dará apertura de esta manera a una mayor participación de oferentes.		

## Consulta 165 - Detalles de los productos

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
En el apartado de Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas CPS, donde dice: LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA MEDIOS DE CULTIVOS, DISCOS DE ANTIBIOGRAMA, DE IDENTIFICACIÓN, COLORACIONES E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO, para los lotes número 12, 13 y 14, solicitamos amablemente a la convocante separar dicho enunciado con sus respectivos ítems del lote completo, dado que estos ítems no requieren de equipos en comodato, provocando de esta forma la apertura a una mayor participación de oferentes.		

## Consulta 166 - Detalles de los productos

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
En el apartado de plan de entrega de los bienes se expresa La provisión de reactivos se debe realizar en forma continua, el oferente deberá realizar un control de stock de los mismos en forma semanal o quincenal, teniendo en cuenta el histórico del consumo según registrado en las estadísticas el Software de gestión , en caso de que se detecte un aumento del consumo por aumento en la demanda de pedidos de análisis, el regente del laboratorio realizará una solicitud por correo de la provisión de los mismos, los cuales deberán ser entregados en un plazo mínimo de 48 horas. La planilla de entrega de insumos y reactivos semanal o quincenal (hoja de remisión de reactivos) debe registrar las cantidades, la descripción del producto, la fecha de vencimiento y el control de temperatura de transporte de los reactivos a ser entregados, solicitamos amablemente a la convocante considerar un plazo mínimo de 10 días hábiles, ya que dependemos también de los tiempos de producción del fabricante, logística de importación y trámites de despacho en aduana. Por lo expuesto, solicitamos que el enunciado quede de la siguiente manera: La provisión de reactivos se debe realizar en forma continua, el oferente deberá realizar un control de stock de los mismos en forma semanal o quincenal, teniendo en cuenta el histórico del consumo según registrado en las estadísticas el Software de gestión , en caso de que se detecte un aumento del consumo por aumento en la demanda de pedidos de análisis, el regente del laboratorio realizará una solicitud por correo de la provisión de los mismos, los cuales deberán ser entregados en un plazo mínimo de 10 días hábiles. La planilla de entrega de insumos y reactivos semanal o quincenal (hoja de remisión de reactivos) debe registrar las cantidades, la descripción del producto, la fecha de vencimiento y el control de temperatura de transporte de los reactivos a ser entregados.		

## Consulta 167 - lote 15

Consulta	Fecha de Consulta	06-09-2024
Permitira la convocante oferta un equipo que realiza hasta 240 test por hora?		