

Consultas Realizadas

Licitación 432883 - ADQUISICION DE REACTIVOS ANTICUERPOS PARA EL INCAN - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO

Consulta 1 - En los ítem 6,9,10,11 dice PARA EQUIPO PROPIO AUTOMATIZADO DEL INCAN

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
Consulta: Los anticuerpos solicitados en los ítem citados piden claramente los anticuerpos con clones específicos de una marca de reactivos con un equipo que se encuentra en el servicio de Anatomía Patológica del INCAN. Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado, teniendo como fundamento que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 2 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
El anticuerpo SINAPTOFISINA con Clon MRQ-40 es específico de una marca de reactivo en particular ROCHE, Se puede aceptar la oferta de: SINAPTOFISINA ANTICUERPO MONOCLONAL SINAPTOFISINA con clona 27G12 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresa Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
JUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 3 - ITEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
El anticuerpo ANTI - CROMOGRANINA A con Clon LK2H10 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de ANTI - CROMOGRANINA A ANTICUERPO MONOCLONAL con clona 5H7 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresa que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
JUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 4 - ítem 5

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>El anticuerpo CONFIRMATORIO EMA con Clon E29 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de EMA con clona GP1.4 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresa que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
JUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 5 - ítem 9

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CDX - 2 con Clon EPR2764 Y es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CDX - 2 con clona EP25 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresa que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
JUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 6 - ítem 11

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo TTF - 1 con Clon SP141 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de TTF-1 con clona SPT24 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresa que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
JUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 7 - ítem 14

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CEA con Clon CEA31 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CEA con clon COL-1 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresa que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
JUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 8 - ítem 15

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo PR con Clon 1E2 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de PR con clon 16 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresa que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 9 - ítem 16

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo ER con Clon 5P1 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de ANTI ER con clon 6F11 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresa que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 10 - ítem 17

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo HER - 2 con Clon NEU(4B5) es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de HER-2 con clona CB11 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresa que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 11 - ítem 18

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo P63 con Clon 4*A*A es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de P63 con clona 7JUL para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresa que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 12 - ítem 22

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo MYO 01 con Clon EP212 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de MYO 01 con clona S131 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresa que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 13 - ítem 24

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
Consulta El NEXES REAGENT es Marca Registrada de ROCHE, Se solicita amablemente al oferente aclarar el ítem 24 la posibilidad de ofertar un producto (tinción) equivalente ya que están solicitando un reactivo muy específico de una marca de reactivos Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 14 - ítem 25

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
Consulta El anticuerpo CD 1 con Clon EP3622es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CD1 con clona MTB1 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresa que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 15 - ítem 26

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
Consulta El anticuerpo CD 3 con Clon 2GV6 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CD 3 con clona LN10 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 16 - ítem 27

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CD 10 con Clon SP67 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CD 10 con clon 56C6 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresa que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas está relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 17 - ítem 30

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CD 30 con Clon VER-H2 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CD 30 con clon JCM182 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresa que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas está relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 18 - ítem 35

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CD 68 con Clon KP-1 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CD 68 con clon 514H12 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresa que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas está relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 19 - ítem 38

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo WT1 con Clon 6F-H2 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de WT1 con clona WT49 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas está relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 20 - ítem 43

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo KI-67 con Clon 30-9 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de KI-67 con clona MM1 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas está relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 21 - ítem 50

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CD43 con Clon L60 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CD43 con clona MT1 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas está relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 22 - ítem 51

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>El anticuerpo CD4 con Clon SP35 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CD4 con clona 4B12 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítems solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas está relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 23 - ítem 52

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CD8 con Clon SP57 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CD8 con clona 4B11 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa. Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas está relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 24 - ítem 57

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El NEXES REAGENT es específico de una marca de reactivo en particular, Se solicita amablemente a la oferente aclarar el ítem 57 si se puede ofertar reactivo equivalente ya que están solicitando un reactivo muy específico de una marca de reactivos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 25 - ítem 57

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El NEXES REAGENT es específico de una marca de reactivo en particular, Se solicita amablemente a la oferente aclarar el ítem 57 si se puede ofertar reactivo equivalente ya que están solicitando un reactivo muy específico de una marca de reactivos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 26 - ítem 66

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CITOKERATINA 17 con Clon SP95 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CITOKERATINA 17 con clon E3 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresa que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 27 - ítem 74

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo EP - CAM con Clon VER -EP4es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de EP - CAM con clon MOC31 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresa que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 28 - ítem 78

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CALDESMONA con Clon EP- PAB es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CALDESMONA con clon OC31 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido esta fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas esta relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no mas específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 29 - ítem 79

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CITOKERATINA 8 & 18 con Clon 822.1 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CITOKERATINA 8 & 18 con clon 5d3 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas está relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 30 - ítem 79

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo CITOKERATINA 8 & 18 con Clon 822.1 es específico de una marca de reactivo en particular, Se puede aceptar la oferta de CITOKERATINA 8 & 18 con clon 5d3 para inmunohistoquímica aplicable a cortes de parafina dando así participación a otras empresas que cumplen las especificaciones técnicas solicitadas</p> <p>Se solicita a la convocante abrir el pliego de Bases y condiciones y no limitar el pliego a una sola empresa.</p> <p>Solicitamos que clones de los ítem solicitados sean de acuerdo a la marca de reactivo ofertado. El pedido está fundamentado que el uso de clones específicos en determinadas marcas está relacionado a las patentes de las empresas, y no necesariamente implican que sean o no más específicos a las patologías buscadas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		

Consulta 31 - ítem 80

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2023
<p>Consulta</p> <p>El anticuerpo HEPATOCITO SPEC ANT (OCH1ES) solo un fabricante de reactivos actualmente lo fabrica. Se puede hacer una oferta alternativa de este anticuerpo?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-09-2023
AJUSTARSE A LA ADENDA N° 1		