

## Consultas Realizadas

# Licitación 433136 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO VAPORIZADOR MARCA STERIS VPRO 60.

### Consulta 1 - Requisito documental para evaluar la capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	13-07-2023
Solicitamos amablemente agregar a los documentos solicitados: a) Autorización del Fabricante para los representantes o distribuidores, debidamente consularizado, legalizado y/o apostillado, e inscrito en Registros Públicos, conforme al Formulario del PBC, o en su defecto la documentación emitida por el fabricante. b) Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2023
Ajustarse a lo contemplado en el PBC, ambos puntos están mencionados de manera genérica en el mismo.		

### Consulta 2 - Criterios de Evaluación - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2023
Favor considerar la modificación de la redacción de la experiencia requerida como sigue:  Demostrar experiencia en PROVISIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DESCARTABLES y/o INSUMOS PARA ESTERILIZAR POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos tres [3] años (2020, 2021,2022). El porcentaje requerido será considerado en sumatoria de los años indicados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2023
Estese en lo Establecido en el PBC.		

### Consulta 3 - Especificaciones Técnicas. - item 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2023
Se consulta la posibilidad de ofertar CARTUCHOS/CASSETTE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO DE 5 ciclos como mínimo, para un total de 1470 ciclos.  En este caso favor considerar modificar la unidad de medida a "GLOBAL" y la cantidad a 1, de manera a permitir mayor participación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2023
Estese en lo Establecido en el PBC.		

## Consulta 4 - Ítems 2 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2023
----------	-------------------	------------

Favor especificar tiempo máximo de proceso de incubación de la ampolla biológica.

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2023
-----------	--------------------	------------

Estese a lo Establecido en el PBC.

## Consulta 5 - Ítem 6, 7, 8 - Papel para Esterilización

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2023
----------	-------------------	------------

Consultamos si para los ítems 6 y 7 puede cotizarse papel con medida 120 x 120 cms y de 60 g/m2, considerando que se trata de una medida superior y no afectará al procedimiento, por el contrario, al ser una medida superior supone una ventaja para la institución

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-07-2023
-----------	--------------------	------------

Estese a lo Establecido en el PBC.