

Consultas Realizadas

Licitación 433893 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS

Consulta 1 - LOTE 7 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2023
Se solicita a la convocante donde dice "Cuchilla descartable para micrótopo, Tipo S35 de acero inoxidable" aceptar "Cuchilla descartable para micrótopo, Tipo S35 o R35 de acero inoxidable", los R35 permiten no solo un corte para muestras blandas/suaves sino también pueden servir para muestras duras		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2023
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2023
Se solicita en el PBC. Registro Sanitario para todos los items. Favor considerar que varios ítems corresponden a Reactivos químicos que requieren para su importación y comercialización Habilitación como Importador de Materia Prima (Ej Ítems 1,3,4,5,8,9,10,15,19,20,22) los cuales no requieren Registro Sanitario, otros requieren para su importación y comercialización Habilitación como como Dispositivos Médicos (Ej Ítems 11,12,13) estos ítems citados son Dispositivos Médicos de uso general en laboratorio y no requieren Registro Sanitario según Res. S.G Nº 669 del MSP y BS Se sugiere colocar Registro Sanitario según corresponda.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2023
Remitirse a la Adenda.		

Consulta 3 - Especificaciones técnicas. Ítem 11

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2023
ITEM 11 Laminas Esmeriladas. Se solicita medidas 76x26x1mm. Favor considerar medidas 76x26mm (+/- 1 mm) para favorecer la participación de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2023
Remitirse a la Adenda.		

Consulta 4 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2023
Se solicita amablemente a la convocante especificar de que ítems se requerirá de muestras		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2023
Remitirse a la Adenda.		

Consulta 5 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2023
Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a 30 días corridos ya que algunos productos deben ser importados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2023
Remitirse a la Adenda.		

Consulta 6 - ITEM 11 Lámina esmerilada portaobjeto

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2023
Se puede aceptar una presentación de caja x 72 unidades?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2023
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 7 - ITEM 21 Coloración Ziehl Neelsen. Kit por 100ml

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2023
Se puede ofertar kit con presentación de 3 botellas x 250 ml		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2023
Remitirse a la Adenda.		

Consulta 8 - POLIZA

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2023
favor confirmar el ruc con el cual debe salir la póliza de garantía de mantenimiento de oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-08-2023
El ruc es 80001180-5.		

Consulta 9 - Especificaciones técnicas. Ítem 10

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2023
ITEM 10 GLICERINA OFICIAL. Favor confirmar que lo solicitado es Glicerina Ofical Grado Farmacéutico no Grado PA. El Precio de referencia corresponde a Grado Farmacéutico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2023
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 10 - Especificaciones técnicas. Ítem 9

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2023
ITEM 9 FORMOL (FORMALDEHIDO SOLUCION) Solicitan frasco vidrio oscuro. Se puede ofertar en Frasco polietileno de alta densidad considerando que es la presentación habitual?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2023
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - 1. Datos de la Licitación. Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2023
En atención a que el llamado de referencia la convocante requiere para todos los ítems MUESTRAS y la Planilla de Precios comprende Reactivos para uso en Laboratorio de Análisis solicitamos a la convocante permita presentar la Hoja de Datos de Seguridad y/o catálogos /especificaciones técnicas del fabricante correspondientes a los reactivos ofertados en reemplazo de las muestras considerando estos documentos son válidos con el cual el comité evaluador podría claramente avalar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC y usualmente dichos documentos son solicitados en los llamados para reactivos. Teniendo en cuenta la naturaleza de este tipo de producto y son estos documentos los que permiten evaluar las características técnicas en los llamados de reactivos, quedando así la presentación de muestras para los ítems 11, 12, 13		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2023
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Remitirse a la consulta 4.		

Consulta 12 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica.

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2023
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica. Se solicita reformular dicho apartado ya la Planilla de Precios comprende: Reactivos de uso invitro, Reactivos analíticos, consumibles, descartables de laboratorio. Además Recordamos que halla vigente la Resolución 267/2022 por el cual establece una etapa de homologación de los productos autorizados para su comercialización por el Laboratorio Central de Salud Publica. En consecuencia solicitamos a la convocante adecuar los requerimientos según los siguientes: Para Reactivos de Uso InVitro (según lo ofertado) -Certificado Vigente que autoriza la inscripción y funcionamiento de la empresa importadora de reactivos para diagnósticos, emitido por el Laboratorio Central de Salud Pública del MSPyBS. - Constancia de inscripción del PDIV (productos para diagnóstico de uso In Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública. Para Insumos, consumibles (según lo ofertado) Se requieren las siguientes Constancias Emitidas por Vigilancia Sanitaria, los cuales deberán estar vigentes: Constancia de inscripción Vigente de la Empresa habilitada. Para Reactivos Analíticos (según lo ofertado) Se requieren las siguientes Constancias Emitidas por Vigilancia Sanitaria, los cuales deberán estar vigentes: Constancia de inscripción Vigente de la Empresa habilitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2023
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Remitirse a la consulta 2.		

Consulta 13 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2023
----------	-------------------	------------

Favor considerar el frasco de plástico para este reactivo

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 14 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2023
----------	-------------------	------------

Favor considerar el frasco de plástico para este reactivo para el item 3

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 15 - ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2023
----------	-------------------	------------

Favor considerar el aclarar el % de pureza para la glicerina del item 10

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2023
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda, en el SICP.

Consulta 16 - plazo de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2023
----------	-------------------	------------

Favor tener en cuenta para el plazo de entrega de los bienes ampliarlo a 45 a 60 días hábiles ya que hay items que son reactivos o insumos específico que por su poca circulación no se cuentan con stock para entrega inmediata

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-09-2023
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Remitirse a la consulta 5.