Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 438930 - LPN N ° 23/2024 - ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL - DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 38/2023 - MSPBS

Consulta 1 - REGISTRO SANITARIO ITEM 3 y 4

Consulta	**Fecha de Consulta**	16-08-2024

Registro Sanitario para ITEM 3 Estufa de esterilización e ITEM 4 Autoclave de esterilización.
Establece el PBC en -Requisito documental para evaluar la capacidad técnica- : Certificado de Registro Sanitario, de conformidad a la Ley 4659/12 "De manera a referenciar correctamente la pertinencia del requerimiento, sin colisionar con la Circular DNCP N° 13/2022 y velando la exigencia del Registro Sanitario estipulada en la Ley N° 4659/12.
Favor considerar que existe la Resolución S.G Nº 669 del 19/10/2016 que Reglamenta el Art.4º Inciso B) de la Ley 4659/12. La Resolución Nº669 en su Art 18 establece la exclusión de Dispositivos Médicos clasificados como instrumentos de laboratorio, entre otros excluidos, estos no requieren Registro Sanitario para su importación y comercialización. Aplica al Ítem 3 Estufa de esterilización e Ítem 4 Autoclave de esterilización.

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	17-10-2024

Conforme a la consulta realizada a DINAVISA, se aclara que teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente Resolución DINAVISA N° 226/2024, se informa que los productos denominados como Estufa para Autoclave y Autoclave para Esterilización, a ser utilizados para la esterilización de dispositivos médicos, se encuentran dentro del alcance de la mencionada normativa, por lo tanto requieren de Registro Sanitario para su fabricación/importación y comercialización dentro del territorio nacional.
Es oportuno mencionar que las unidades esterilizadoras de uso industrial, no se encuentran clasificados como Dispositivos Médicos según la normativa vigente, por lo tanto no requieren Registro Sanitario.

Consulta 2 - Presentacion de Muestra

Consulta	**Fecha de Consulta**	20-08-2024

Solicitamos que se incluya como requisito de la oferta el montaje de los equipos ofertados de modo a corroborar que cuenten con los requisitos (especificaciones técnicas) solicitados por vuestra institución(MUESTRAS) Debería ser esta opción para validar el producto ofertado, no implicara ningún atraso ni daño para la institución.

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	17-10-2024

Ajustarse al PBC.-

Consulta 3 - Presentacion de Muestra

Consulta	**Fecha de Consulta**	20-08-2024

Solicitamos la presentación de las muestras para evaluar los ítems cotizados, que cumpla con todos los detalles de acuerdo a las (especificaciones técnicas) solicitados por el M.S.P.y B.S.

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	17-10-2024

Ajustarse al PBC.-

Consulta 4 - items 4 Autoclave de Esterilizacion

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
Piden con sistema de conexión de nube para permitir monitoreo remoto en todo el proceso de esterilización, sistema de aviso (ciclos abortados) para mayor control de bioseguridad, Esto implica que los servcios tengan que contar con insfraestructura de internet y demas conexiones , no se podria cotizar un autoclave con USB ypara descargar los ciclos luego en la nube que seria lo mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC, aclarando que para la descarga el USB se necesita una computadora y el acceso de los datos de esterilización no es en tiempo real.-		

Consulta 5 - items 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
Piden instalacion de parte del proveedor pero a la vez piden entregar en un solo lugar que seria el deposito de Buco , no se deberia de colocar los lugares en donde se instalarian estos sillones , esto tambien demandaria para la cotizacion correcta de los equipos ademas de insatalarse ya por los personales de la empresa ganradora y asi poder cubrir la garantia del mismo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 6 - items 4 Autoclave de Esterilizacion

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
Solicitan Autoclave a vapor Esterilizador a vapor de 17 litros como mínimo (Autoclave). Comando digital- display: LCD Iluminado. 3 Programas de esterilización como mínimo. Tanque de acero inoxidable, pantalla LCD. Secado: Puerta cerrada. Esterilización; 121°C/ 1,15 Bar y 134°C/ 2,15 Bar. Aislamiento térmico: Manta de fibra cerámica. Seguridad; Sistema mecánicos y digitales. Potencia 1400 W. Suministrada con 2 bandejas. 220v. Con indicador de mantenimiento Preventivo, con contador de ciclos, con sistema de conexión de nube para permitir monitoreo remoto en todo el proceso de esterilización, sistema de aviso (ciclos abortados) para mayor control de bioseguridad. Garantía de 12 meses. Certificado ISO 13485 o equivalente. Esta caracterisitcas es exactamente copiado de la Marca Bioart Modelo elite , esto no daria a una participacion de mayor oferentes y difiere de lo que dice la ley de contrataciones en donde es dirigir el llamado para un oferente teniendo en cuenta que solo una empresa posee esa marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC, ofertar el producto con especificaciones técnicas mínimas a lo solicitado para su evaluación.-		

Consulta 7 - items 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
En PBC no indican los lugares en donde se estarian instalando los equipos , pero si menciona que se deberia de instalar , pero se entrega en un solo lugar , el equipo montado en un lugar resultaria dificl de trasnportar luego. Lo ideal seria de colocar los lugares en donde se debe instalar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 8 - items 4 Autoclave de Esterilizacion

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024

Podríamos cotizar el siguiente autoclave:
Capacidad del tanque: 22 litros
Visor LCD de alta resolución con comando digital
6 Programas de esterilización: Instrumental Embalado - Instrumental Desembalado - Plásticos y Algodón Kit Quirúrgico Tejidos Líquidos
Secado con puerta cerrada
3 bandejas de instrumentos
Con válvulas solenoides que controlan los flujos internos de vapor
Sistemas de seguridad electrónica y mecánica
Bomba de secado que optimiza el tiempo de secado y consecuentemente el ciclo total
Cámara de acero inox de pieza única con alta resistencia y sin soldaduras, de fácil limpieza
Tapa en acero inox con sistema de trava exclusivo y totalmente seguro
Desaireación y despresurización automática;
Teclado con accionamiento preciso
Potencia 1800W
Con puerto de conexión USB
10 SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Temperaturas y presión de esterilización: 134ºC-214lPa y 121ºC-110kPa, esta es una especificacion basica del autoclave en donde muchos oferentes podria cotizar , y tambien posee una conexion de usb para subir en la nube o pasar por internet para su control , ademas de ahorrar de insfraestructura para internet en el caso de la otra especificacion tecnica .

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024

Ajustarse al PBC, se puede ofertar dispositivo con mayor capacidad ajustandose a los precios referenciales.-

Consulta 9 - items 4 Autoclave de Esterilizacion

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024

En el Items 4 Autoclave se encuentra con especificaciones tecnicas dirigidas a una marca y que solo esa marca posee la conexion a nube en forma remota , esto limita a potenciales oferentes , ademas de no ser muy beneficiosa estas caracteristicas en el autoclave , se infringe en la igual de condiciones que dice la ley.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024

La convocante aclara que en el mercado existen diversas marcas que ofrecen la especificación técnica "Conexión a nube", ajustarse al PBC.-

Consulta 10 - items 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024

No se mencionan los lugares de Instalacion de los sillones

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 11 - ITEM 3 estufa de secado

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
Se podria admitir una estufa de secado con extructura externa de chapa de acero, recubierta con epoxi electrostàtico?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Si se puede admitir siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas.-		

Consulta 12 - ITEM 3 estufa de secado de 18L -2

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
Se podria admitir una estufa de secado de 18L como mìnimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
Si se puede admitir con mayor capacidad, siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas.-		

Consulta 13 - ITEM 3 estufa con puerta con cierre a la derecha-3

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
Se podria admitir una estufa con puerta con cierre a la derecha y apertura a la izquierda, lo que facilitaria la colocaciòn y extracciòn de materiales dentro de la càmara?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC, se puede ofertar dispositivo con mayor capacidad ajustandose a los precios referenciales.-		

Consulta 14 - ITEM 3 estufa construido internamente con acero inoxidable 430-4

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
Se podria admitir una estufa construido internamente con acero inoxidable 430, con junta de puerta con perfil de silicona y con pestillo de presiòn para cierre adecuado de la puerta?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 15 - ITEM 3estufa con 3 rieles -5

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
Se podria admitir una estufa con 3 rieles en la cámara interna para mover la bandeja; con controlador de temperatura electrónico microcontrolado, indicación de temperatura digital programable con set point autoajustable y funciones PID con doble display?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC, se puede ofertar dispositivo con mayor capacidad ajustandose a los precios referenciales.-		

Consulta 16 - ITEM 3 estufa con temporizador de 1 a 999 min-6

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
Se podria admitir una estufa con temporizador de 1 a 999 min., con conteo a partir del valor de temperatura configurado, al final del conteo se interrumpe el calentamiento; con botón de reinicio del temporizador; con temperatura máxima de 200°C o 300°C?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC, se puede ofertar dispositivo con mayor capacidad ajustandose a los precios referenciales.-		

Consulta 17 - ITEM 3 estufa con certificado de calibraciòn de termòmetro digital-7

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
Se podria admitir una estufa con certificado de calibraciòn de termòmetro digital (controlador/sensor) con sello RBC?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC, se puede ofertar dispositivo con mayor capacidad ajustandose a los precios referenciales.-		

Consulta 18 - ITEM 3 estufa con homogeneidad en la cámara-8

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
Se podria admitir una estufa con homogeneidad en la cámara: ± 5°C en un punto; con precisión del sensor tipo J, según norma ASTM E230; con cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres clavijas, dos fases y uno de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 19 - ITEM 4 autoclave de sobremesa

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
Se podria admitir un autoclave de sobremesa con tanque de agua incorporado del tipo abierto?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 20 - ITEM 4 autoclave de 23L como mìnimo-2

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
Se podria admitit un autoclave de 23L como mìnimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC, se puede ofertar dispositivo con mayor capacidad ajustandose a los precios referenciales.-		

Consulta 21 - ITEM 4 autoclave con sistema de esterilizaciòn -3

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
Se podria admitir un autoclave con sistema de esterilizaciòn de clase B, con sistema de secado al vacio?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 22 - ITEM 4 autoclave de rango de temperatura de esterilizaciòn entre 121 a 134 grados-4

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
Se podria admitir un autoclave de rango de temperatura de esterilizaciòn entre 121 a 134 grados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 23 - ITEM 4 autoclave con sistema de prueba-5

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
Se podria admitir un autoclave con sistema de prueba: Prueba B&D, Prueba de vacío, Prueba de hélice?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 24 - ITEM 4 autoclave con control de precisiòn de temperatura-6

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
Se podria admitir un autoclave con control de precisiòn de temperatura: 1℃, presión: 0,1 bar?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 25 - ITEM 4 autoclave con puerta con cerradura manual-7

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
Se podria admitir un autoclave con puerta con cerradura manual, con sistema de bloqueo de presión, con válvula de alivio en caso de sobrepresión, con protección contra sobrecarga de presión o temperatura, con alarma por falla del sistema, recordatorio de finalización, advertencia de nivel de agua?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 26 - ITEM 4 autoclave con tanque de agua de 3,5L-8

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
Se podria admitir un autoclave con tanque de agua de 3,5L de capacidad como minimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 27 - ITEM 4 autoclave con soporte para 3 bandejas-9

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
Se podria admitir un autoclave con soporte para 3 bandejas de acero inoxidable en estante de acero inoxidable?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 28 - ITEM 4 autoclave con càmara: SUS304-10

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
"Se podria admitir un autoclave con càmara: SUS304, con presión máxima de trabajo: 2,3 bar; con presión mínima de trabajo: -0,9 bar, con temperatura de diseño: 140℃?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 29 - Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
En la sección de requisito documental para evaluar la capacidad técnica se solicita: Certificado de Registro Sanitario, de conformidad a la Ley 4659/12 "De manera a referenciar correctamente la pertinencia del requerimiento, sin colisionar con la Circular DNCP N° 13/2022 y velando la exigencia del Registro Sanitario estipulada en la Ley N° 4659/12. Se solicita a la convocante la exclusión del ítem 3 (Estufa para esterilización) y del ítem 4 (Autoclave de esterilización) del presente requerimiento. Estos equipos son de uso general en laboratorio y, de acuerdo con las resoluciones estipuladas por DINAVISA, no requieren registro sanitario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Conforme a la consulta realizada a DINAVISA, se aclara que teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente Resolución DINAVISA N° 226/2024, se informa que los productos denominados como Estufa para Autoclave y Autoclave para Esterilización, a ser utilizados para la esterilización de dispositivos médicos, se encuentran dentro del alcance de la mencionada normativa, por lo tanto requieren de Registro Sanitario para su fabricación/importación y comercialización dentro del territorio nacional. Es oportuno mencionar que las unidades esterilizadoras de uso industrial, no se encuentran clasificados como Dispositivos Médicos según la normativa vigente, por lo tanto no requieren Registro Sanitario.		

Consulta 30 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
En la sección de Plan de entrega de los bienes se expresa: La Orden de Compra será emitida dentro de los 15 días de la firma del contrato, la entrega de los bienes serán dentro de los 90 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Se solicita a la convocante extender el plazo de entrega de los bienes a 120 días corridos, debido a la considerable cantidad de equipos solicitados. Es probable que el fabricante no disponga de todo el stock requerido, lo que implicaría la necesidad de fabricar en el país de origen y posteriormente importar los equipos. Por lo expuesto, solicitamos modificar el requerimiento a lo siguiente: La Orden de Compra será emitida dentro de los 15 días de la firma del contrato, la entrega de los bienes serán dentro de los 120 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la orden de compra por parte del proveedor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 31 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
En la sección de Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, en el item 3 (ESTUFA PARA ESTERILIZACION) se establece como requerimiento que el equipo Debe poseer 4 bandejas perforadas como mínimo. Se solicita a la convocante modificar este requerimiento, ya que de acuerdo al tamaño y capacidad del equipo generalmente solo cabe dos bandejas. Por lo que se solicita que dicha especificación técnica quede de la siguiente manera: Debe poseer 2 bandejas perforadas como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 32 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024
En la sección de Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, en el item 3 (ESTUFA PARA ESTERILIZACION) se establece como requerimiento que el equipo debe poseer una potencia de 700w. Se solicita a la convocante aceptar equipos con mayor potencia, ya que la potencia es una característica que varía entre las diferentes marcas. Esto ampliara la participación de potenciales oferentes, asegurando una competencia más abierta y la posibilidad de recibir mayor y mejores propuestas. Por lo expuesto, solicitamos que el requerimiento quede de la siguiente manera Potencia 700w como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-10-2024
Ajustarse al PBC, se puede ofertar dispositivo con mayor capacidad ajustandose a los precios referenciales.-		

Consulta 33 - Precios Referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	20-08-2024

Solicitamos a la convocante aclarar si el precio unitario estimado para el item 3 (ESTUFA PARA ESTERILIZACION) fue considerado todos los costos asociados, como los gastos de salida del país de origen, transporte al país de destino, impuestos de ingreso al país, así como los costos de transporte e instalación en los diferentes hospitales. Estos factores tienen un impacto significativo en el costo total del bien y, por lo tanto, influirán en las propuestas que los oferentes puedan presentar. Por lo que solicitamos a la convocante la revisión y verificación del precio unitario estimado, ya que el valor actual no refleja el costo real del bien, afectando la participación de potenciales oferentes en el proceso.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

Se procedió a la verificación del precio realizado en el Análisis de Precio de fecha 22 de diciembredel 2024 y que lo actuado en dicho análisis se encuentra acorde a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/20 como así también, a lo relacionado en el Art. 4 de la ley 2051/03, en la cual se establece los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria y que se encuentran respaldada en el Dictamen DOC N° 253/2023, se ratifican y mantienen iguales.

Consulta 34 - items 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2024

- El reflector solicitan con 8 led, de 7,000 a 30,000 lux como mínimo. Podríamos cotizar de 8,000 a 30,000 lux? ya que no alteraria la funcionabilidad de dicho reflector .

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024

La Intensidad de Reflector con 8 LED, de 7.000 a 30.000 lux es la necesidad que necesita el convocante, para mayor conformidad y claridad en el momento de tratamiento al profesional, Remitirse al PBC.-

Consulta 35 - items 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2024

Piden Turbina de Acero inoxidable o aluminio inonizado , se podria cotizar una turbina de Titanio que es un metal muy superior a estos dos mencionados y que daria una mayor durabilidad en el tiempo de vida util.

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024

La necesidad del convocante es Turbina de acero o Aluminio Ionizado de acuerdo a lo que se comercializa en el mercado local, favor remitirse al PBC. -

Consulta 36 - items 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2024

Piden con pedal Joystick , se podria cotizar un pedal con todas las funciones que posee el joystick pero no como palanca que en realidad lo que hace es dar una dificultad mayor al profesional y podria dar a que se rompa con mayor facilidad .

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024

La Convocante solicita Pedal Joystick, todas ves cumple los requisitos del PBC se puede cotizar, además hay una garantía de 24 meses que solicita el convocante por cualquier eventualidad, Favor Remitirse al PBC.

Consulta 37 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2024
Plazo de entrega mínimo se podria ampliar? por la cantidad de sillones y por ser bienes que si o si se exportan y los tiempos son muy cortos para su navegabilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
El Plazo de entrega es de 90 días después de Recibir la Orden Compra, porque la necesidad ya es urgente y es un plazo prudencial para una importación. Favor Remitirse al PBC. -		

Consulta 38 - Ítems 2: Compresor para uso odontologico silencioso

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2024
El compresor del ítems 1 y el ítems 2 podría tener las mismas características?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
La característica técnica del compresor solicitado por el convocante es lo que se necesita la Dirección después de una evaluación. Favor Remitirse al PBC. -		

Consulta 39 - Ítems 2: Compresor para uso odontologico silencioso

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2024
El compresor del ítems 1 y el ítems 2 podría tener las mismas características?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024
La característic6as técnica del compresor solicitado por el convocante es lo que se necesita la Dirección después de una evaluación. Favor Remitirse al PBC.-		

Consulta 40 - - Ítems 4: Autoclave de esterilizacion

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2024

El autoclave solicitado esta dirigido a una marca por lo siguiente: con sistema de conexión de nube para permitir monitoreo remoto en todo el proceso de esterilización. LA conexión a nube precisa de Wifi y se almacena en la nube y el usuario si o si debe de realizar la tarea de revisar esta nube , lo que pasa lo mismo con el autoclave con usb que tambien precisa de wifi para el envio en el lugar que requiere , parece ser que solo se pide este tipo de conexión para direccionar a una marca especifica siendo que los demas autocalves tambien cumplen con la funcion de enviar datos por internet. Por lo siguiente se podria cotizar este tipo de Autoclave que seria el estandar de loq ue se tiene en el mercado .
Capacidad del tanque: 22 litros
Visor LCD de alta resolución con comando digital
6 Programas de esterilización: Instrumental Embalado - Instrumental Desembalado - Plásticos y Algodón Kit Quirúrgico Tejidos Líquidos
Secado con puerta cerrada
3 bandejas de instrumentos
Con válvulas solenoides que controlan los flujos internos de vapor
Sistemas de seguridad electrónica y mecánica
Bomba de secado que optimiza el tiempo de secado y consecuentemente el ciclo total
Cámara de acero inox de pieza única con alta resistencia y sin soldaduras, de fácil limpieza
Tapa en acero inox con sistema de trava exclusivo y totalmente seguro
Desaireación y despresurización automática;
Teclado con accionamiento preciso
Potencia 1800W
Con puerto de conexión USB
10 SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Temperaturas y presión de esterilización: 134ºC-214lPa y 121ºC-110kPa

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024

La Características técnica del Autoclave solicitado por el convocante, está basado en la bioseguridad, control y mantener constantemente una esterilización en cadena y así se puede mostrar al paciente que los instrumentales esta estéril, para una atención segura y confiable. Favor Remitirse al PBC. -

Consulta 41 - items 1 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2024

Piden con 6 soportes en la platina , se podria cotizar con 5 Soportes ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2024

Se Solicita con 6 Soporte: Terminal para 2 Turbina: Turbina Cabeza Chica y Turbina Cabeza Grande, 1 Jeringa Triple, 1 Micromotor, 1 Desarrador, 1 Luz Halógena. Es la necesidad del convocante, Favor Remitirse al PBC

Consulta 42 - Abastecimeinto simultaneo

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024

Este llaamdo no se podria dar por abastecimiento simultaneo , atendiendo a la gran cantidad de productos a impòrtar , asi se podra dar una mayor participacion de oferentes y se podra dar una mayor y eficaz entrega de los productos . Si todos cumplen con las espeficaciones tecnicas no habria ningun problema para las entregas y con el cumplimiento de las mismas

Consulta 43 - Items 1 Set de equipos

Consulta	Fecha de Consulta	25-11-2024

En el pbc anterior pedian hasta de 4.500 a 5000 k , ahora piden hasta 6.000 esa potencia ya podria fotopolimerizar , hasta 5.000 k asi como pedian es lo correcto , se podria cotizar hasta por lo menos 5.500 que seria la potencia maxima recomendada

Consulta 44 - Inspecciones y Pruebas

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2024

Inspecciones y Pruebas
En este apartado dice: La instalación de los equipos estará a cargo del Proveedor.
Solamente se menciona al ítem 1 Set de Equipo Odontológico que será distribuido ¿la instalación, del resto de los equipos, será realizado en Asunción?

Consulta 45 - items 1 set de equipos

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2024

Set de Equipos , piden con muchas funciones que va dirigido directamente a sillones economicos (Chinos) basicamente, nos gustaria saber si podes cotizar un sillon que se encuentra presente en nuestro mercado y que posee repuestos y garantia de vita util mas prolongada y pueden cotizar mas oferentes y no ser dirigida a algunos , por eso pasamos la especificacion tecnica para que lo puedan analizar y ver de cambiar por este tipo de Caracterisitcas
Sillón Odontologico
La estructura (base y respaldo) acero macizo- solido con 3 mm. Como minimo de espesor , con tratamiento antioxidante y pintada en pintura epoxi, base con borde antideslizante; sin fijación al suelo , Sistema de elevación tipo pantográfico fabricado en chapa de acero, , capacidad de elevación en la silla como minimo 180 kg o mas . Como minimo Caja de conexiones integrada. Brazo de soporte del paciente fijo ,Sistema de elevación electromecánico accionado por motorreductor de 24 voltios de baja tensión, Reposacabezas anatómico, desmontable, biarticulado y regulable en altura, con movimientos anterior, posterior y longitudinal y sistema de bloqueo por palanca ,tapizado con estructura rígida cubierta con poliuretano inyectado de alta resistencia, recubierto con material laminado, sin costuras, no toxico y antiflama. Silla Ambidiestra Pedal con movimientos de elevación y descenso automáticos y sincronizados ,pedal de comando multifuncional accionando el sillón, piezas de mano y reflector ,posiciones de trabajo personalizados ,retorno a cero,pagado automático del reflector al pulsar la tecla retorno a cero protección del sistema eléctrico contra fluctuaciones de voltaje y corriente .Unidad dental con brazos articulados con bloqueo neumático, accionado por botón localizado en el cuerpo del equipo Producido en ABS inyectado:pedal progresivo para accionamiento de las piezas de mano en los terminales del equipo, Jeringa triple con pico giratorio, extraíble y esterilizable en autoclave, Soporte de las puntas: con accionamiento neumático individual Tapa extraíble de acero inoxidable con mango bilateral Panel PAD: para activar los mandos del sillón y del reflector: Subida y bajada del asiento del sillón y el respaldo ,Retorno a Cero, 3 Posiciones de trabajo personalizados Accionamiento del reflector en la platina con una 01 jeringa triple , 01 terminal sin spray para baja rotación, 01 terminal para alta rotación , Unidad de agua , bacha de cerámica: profunda, extraíble, con desagüe y filtro , Filtro de residuos, Sistema de regulación del caudal de agua. Unidad de agua abatible 90º, con sensor óptico de proximidad en el extremo superior del pico, que activa automáticamente el flujo de agua en la escupidera y el portavasos. Con terminal de suctor venturi , Con terminal de suctor para uso con bomba de vacio.
Reflector
Monofocal con sistema óptico con 1 LED , Espejo multifacetado,Protección de doble espejo, en material resistente y transparente , Asas bilaterales, con giro de 620º
Intensidad: 8.000 a 35.000 LUX (elección de intensidad por pedal)
Taburete Con propulsión a gas, con movimientos suaves y regulado por una palanca sublateral
Base con cinco ruedas de fácil movilidad y resistencia.

Consulta 46 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2024

Respetuosamente solicitamos al Convocante eliminar el requisito de muestra, por el alto costo que implica todo el movimiento de personal, traslado, instalación, etc.

Consulta 47 - Sistema de Adjudicación.

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2024

Solicitamos al Convocante que el Sistema de Adjudicación sea por Abastecimiento simultáneo, de forma tal a fomentar la participación de las MIPYMES.

Consulta 48 - items 1 Set de equipos

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2024
Items 1 los compresores que piden no menciona el litraje del tanque en ningun lado , pedimos se pueda cotizar el compresor que se encuentra en el mercado y que es acto para un sillon odontologico Compresor de 50 Litros de 1100 Watts Silencioso de 2 Cabezales Sin Aceite Flujo de aire 120 L/m		

Consulta 49 - Items 2 Compresores

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2024
Items 2 Piden compresor de 55 litros con 1,5 hp , pedimos si se puede cotizar un compresor de 50 litros que es lo que se encuentra en el mercado con la misma potencia de motor , es muy pequeña la diferencia entre lo solicitado y lo que pueden cotizar varios oferentes .		

Consulta 50 - items 1 Set de Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2024
Items 1 piden sensor de a proximidad, encendido y apagado desde el comando digital de la platina, brazo asistente., se puede cotizar apagado y encendido con sensor de proximidad y encendido y apagado desde la platina , desde brazo asistente ya seria un comando demas que muchos sillones no lo tienen y eso limita a varios oferentes .		

Consulta 51 - items 1 set de equipos

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2024
Items 1 piden Con Reflector LED con 8 led, de 7.000 a 30.000 lux como mínimo, se puede cotizar desde 8,000 a 35,000 Lux como minimo ya que brindaria una mayor iluminacion al profesional (seria de mayor beneficio)		

Consulta 52 - items 4 Autoclave

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2024

Items 4 Autoclave piden una configuracion de autoclave inexistente en el mercado o que recien llego , aun no se sabe la durabilidad y tambien la complicaciones que podria tener este tipo de tecnologia , ademas de considerar que en el interior de pais no se cuenta en todos lados con servicio de wifi como lo demanda el autoclave solicitado, ademas de infringir en la libre competitividad de oferentes a ser muy dirigido a una sola marca y representacion .

Autoclave CLASE B

Especificaciones tecnicas minimas
Tanque de 18 litros como minimo
Temperatura de presion de esterilización Minimo 121º Maximo 134 º

Realiza 3 procesos de pre vaciados durante el ciclo de esterilización, mediante bomba de vacio integrado al equipo Reservorio de 3,5 litros de agua DESTILADA (Debera contar son sensor de calidad de Agua destilada) . (la dosificación debe ser automatica para para el ciclo) Sistema de protección contra funcionamiento sin agua destilada

Reservorio de 4 litros integrado al equipo como minimo , con válvula de vaciado al exterior y con indicador de nivel de llenado,

Tiempo de esterilización entre 4 y 18 minutos.
Secado con puerta cerrada
3 Bandejas de acero inoxidable
Conexión USB para recogida de datos.
Capacidad de tener 3 programas de esterilización como minimo.
Panel de mando LED con indicadores de presión, temperatura, estado del ciclo, tiempo y otros
Puerta con doble traba mecánica y electrónica

Consulta 53 - Sistema de Adjudicación.

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2024

Solicitamos al Convocante que el Sistema de Adjudicación sea por Abastecimiento simultáneo, de forma tal a fomentar la participación de las MIPYMES, conforme a las disposiciones legales y el lineamiento de las políticas de estado emanadas del Poder Ejecutivo.

Consulta 54 - Muestras.

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2024

Muestras.
Solicitamos definir ya el pliego la presentación o no de las muestras. No se puede dejar en suspenso y conforme a lo que disponga el Comité. El PBC debe determinar con claridad y transparencia las reglas de participación para este llamado.

Consulta 55 - Plan de entrega de los Bienes.

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2024

Plan de entrega de los Bienes.
Solamente se menciona al ítem 1 Set de Equipo Odontológico que será distribuido ¿el resto de los ítems serán entregados en Asunción?

Consulta 56 - Abastecimeinto simultaneo

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2024

En vista que la convoicante esta solicitando una cantidad importante de equipos , seria bueno que se pueda dar por abastecimiento simultaneo para que se pueda agilizar la instalacion con varios oferentes en caso de todos cumplas con las especificaciones tecnicas , seria un beneficio muy importante para la convoante y para el oferente de poder cumplir a tiempo con las entregas

Consulta 57 - items 1 Set de Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2024

Items 1 Set de Equipos , piden con muchas y/o varias especificaciones tecnicas que solamente las cumplen los equipos de procedencia china , estos equipos no tienen mas de 5 años funcionando en correctas condiciones en la mayoria de las instituciones publicas , nos gustaria saber si podemos cotizar un sillon que se encuentra presente en nuestro mercado y que posee repuestos y garantia de vida util mas prolongada y pueden cotizar mas oferentes y no ser dirigida a algunos , por eso pasamos la especificaciones tecnicas para que lo puedan analizar y ver de cambiar por este tipo de Caracterisitcas
Sillón Odontologico
La estructura (base y respaldo) acero macizo- solido con 3 mm. Como minimo de espesor , con tratamiento antioxidante y pintada en pintura epoxi, base con borde antideslizante; sin fijación al suelo , Sistema de elevación tipo pantográfico fabricado en chapa de acero, , capacidad de elevación en la silla como minimo 180 kg o mas . Como minimo Caja de conexiones integrada. Brazo de soporte del paciente fijo ,Sistema de elevación electromecánico accionado por motorreductor de 24 voltios de baja tensión, Reposacabezas anatómico, desmontable, biarticulado y regulable en altura, con movimientos anterior, posterior y longitudinal y sistema de bloqueo por palanca ,tapizado con estructura rígida cubierta con poliuretano inyectado de alta resistencia, recubierto con material laminado, sin costuras, no toxico y antiflama. Silla Ambidiestra Pedal con movimientos de elevación y descenso automáticos y sincronizados , comando multifuncional accionando el sillón, piezas de mano y reflector ,posiciones de trabajo personalizados ,retorno a cero,pagado automático del reflector al pulsar la tecla retorno a cero protección del sistema eléctrico contra fluctuaciones de voltaje y corriente .Unidad dental con brazos articulados con bloqueo neumático, accionado por botón localizado en el cuerpo del equipo Producido en ABS inyectado:pedal progresivo para accionamiento de las piezas de mano en los terminales del equipo, Jeringa triple con pico giratorio, extraíble y esterilizable en autoclave, Soporte de las puntas: con accionamiento neumático individual Tapa extraíble de acero inoxidable con mango bilateral Panel PAD: para activar los mandos del sillón y del reflector: Subida y bajada del asiento del sillón y el respaldo ,Retorno a Cero, 3 Posiciones de trabajo personalizados Accionamiento del reflector en la platina con una 01 jeringa triple , 01 terminal sin spray para baja rotación, 01 terminal para alta rotación , Unidad de agua , bacha de cerámica: profunda, extraíble, con desagüe y filtro , Filtro de residuos, Sistema de regulación del caudal de agua. Unidad de agua abatible 90º, con sensor óptico de proximidad en el extremo superior del pico, que activa automáticamente el flujo de agua en la escupidera y el portavasos. Con terminal de suctor venturi , Con terminal de suctor para uso con bomba de vacio.
Reflector
Monofocal con sistema óptico con 1 LED , Espejo multifacetado,Protección de doble espejo, en material resistente y transparente , Asas bilaterales, con giro de 620º
Intensidad: 8.000 a 35.000 LUX (elección de intensidad por pedal)
Taburete Con propulsión a gas, con movimientos suaves y regulado por una palanca sublateral
Base con cinco ruedas de fácil movilidad y resistencia.

Consulta 58 - Abastecimeinto simultaneo

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2024

Pedimos a la convocante de realizar ste proceso con la modalidad de Abastecimiento simultaneo para dar una mayor agilidad de entregas y de mayor participacion de oferentes , considerando que las cantidades son muy grandes y que se pueda compartir las instalaciones a las empresas que reuna con las especificaciones tecnicas requeridas

Consulta 59 - Abastecimiento Simultaneo

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2024

Solicitamos a la Convocante la modalidad de Abastecimiento Simultaneo para de esta forma garantizar que los equipos puedan ser entregados en tiempo y forma, pues son muchos sillones y muchos sitios donde instalarse.

Consulta 60 - Item 1 Turbina

Consulta	Fecha de Consulta	26-11-2024
Solicitan Turbina de Acero Inoxidable o aluminio anonizado..Pedimos que se pueda cotizar: Turbina de Acero, de Aluminio o de otro material metálico (no plástico). Los de metal cromado y de Titanio, son por ejemplo, mas resistentes que el aluminio.		