

Consultas Realizadas

Licitación 438931 - CD N° 08/2024 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ECOGRAFÍA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LUQUE"

Consulta 1 - ITEM 1 Ecógrafo Doppler Color

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2024
Aclarar si solicitan equipo móvil (ecografo con carro integrado) ó equipo portátil		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2024
AJUSTARSE AL PBC. SE ACLARA QUE LO SOLICITADO ES UN EQUIPO ECOGRAFO MODULAR.		

Consulta 2 - ITEM 1 control Virtual TGC-2

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2024
Se solicita a la convocante aceptar control Virtual TGC en la pantalla de control táctil.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2024
AJUSTARSE AL PBC. SE ACLARA QUE LO CONSULTADO COINCIDE CON EL PBC, SE SOLICITA CONTROL TGC.		

Consulta 3 - ITEM 1 puertos para conexión de transductores.-4

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2024
Para este punto se solicita a la convocante aceptar con dos puertos para conexión de transductores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2024
AJUSTARSE AL PBC. SE SOLICITA CON AL MENOS 3 PUERTOS PARA CONEXION DE TRANSDUCTORES.		

Consulta 4 - ITEM 1 teclado digital en pantalla de control - touch-5

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2024
Para este punto se solicita a la convocante aceptar teclado digital en pantalla de control - touch		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2024
AJUSTARSE AL PBC. SE SOLICITA TECLADO INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL.		

Consulta 5 - ITEM 1 rango dimámico 96 db con 2dB/step. -3

Consulta	Fecha de Consulta	16-08-2024
Para este punto se solicita a la convocante aceptar rango dimámico 96 db con 2dB/step.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2024
AJUSTARSE AL PBC. SE SOLICITA RANGO DINAMICO DE 180 db COMO MINIMO		

Consulta 6 - modos de escaneo

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2024
----------	-------------------	------------

en las especificaciones técnicas dice Modo Función 3D/4D tiempo real se solicita a la convocante aclarar si este punto es sustancial ya que no se pidió transductor Volumétrico para realizar esta función, así de manera a mayor participación de posibles oferentes en este llamado

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2024
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC. AJUSTARSE A LA ADENDA Nº 1

Consulta 7 - Especificaciones técnicas. Transductores

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
----------	-------------------	------------

Donde dice: Un (01) transductor Convexo o curvilíneo con rango de 2 MHz a 6MHz como mínimo, se solicita a la convocante permitir ofertar equipos con transductores convexos con rangos de frecuencia de $2 \pm 0.5\text{MHz}$ a $6 \pm 0.5\text{MHz}$, esto permitirá la participación de una mayor cantidad de oferentes y no limita la funcionalidad del transductor para realizar los estudios.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2024
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC. AJUSTARSE A LA ADENDA Nº 1

Consulta 8 - Especificaciones técnicas. Datos Generales

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita aclarar si el equipo solicitado es una unidad modular o un equipo portátil, esto teniendo en cuenta el precio referencial y que algunas características solicitadas hacen referencia a un equipo portátil

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2024
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC. SE ACLARA QUE LO SOLICITADO ES UN EQUIPO ECOGRAFO MODULAR.

Consulta 9 - Especificaciones técnicas. Transductores

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
----------	-------------------	------------

Donde dice: Un (01) Transductor intracavitario con rango de 4MHz a 10 MHz o mejor con ángulo de apertura de al menos 135°, favor aclarar si el ángulo solicitado es de al menos 135°

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2024
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC. AJUSTARSE A LA ADENDA Nº 1

Consulta 10 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
----------	-------------------	------------

Donde dice: "Unidad de almacenamiento por medio de CD-RW o DVD Integrado al equipo", se solicita a la convocante permitir ofertar equipos con Unidad de almacenamiento por medio de CD-RW o DVD integrado al equipo o externo, esto permitirá la participación de una mayor cantidad de oferentes y no afecta la funcionalidad del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2024
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC. AJUSTARSE A LA ADENDA Nº 1

Consulta 11 - Especificaciones técnicas: Características mínimas

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
* Control de ganancia y ajuste de la curva de la curva TGC por medio de ocho controles independientes como mínimo, SE SUGIERE aceptar a partir de 6 controles		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2024
AJUSTARSE AL PBC. AJUSTARSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 12 - Especificaciones técnicas: Accesorios

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
* Un (01) transductor Convexo o curvilíneo con rango de 2 MHz a 6MHz como mínimo, se solicita a la Convocante aceptar con rango de 2 a 6 ± 1 MHz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2024
AJUSTARSE AL PBC. AJUSTARSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 13 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
En el punto de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitan lo siguiente: "Capacidad de adquirir como mínimo imagen 3D multiplanar". Este punto debe ser omitido, debido a que los ecógrafos con capacidades avanzadas como imágenes 3D multiplanar aumentan el costo final del equipo y en este caso el presupuesto es limitado y las necesidades clínicas no requieren imágenes en 3D		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2024
AJUSTARSE AL PBC. SE ACLARA QUE SE REQUIERE LA CAPACIDAD DE ADQUIRIR IMAGENES EN 3D COMO MINIMO		

Consulta 14 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
En el punto de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitan lo siguiente: "Función 3D/4D tiempo real". Este punto debe ser omitido ya que el equipo no incluye un transductor volumétrico, que es esencial para el uso de esta función. Al solicitar la capacidad de imágenes 3D/4D sin el transductor adecuado no solo incrementaría innecesariamente el costo del equipo, sino que, además, dicha función sería inoperativa y por ende no utilizable en la práctica. Por lo tanto, la inclusión de esto es redundante y no aporta valor, dado que el equipo no podrá utilizarse conforme a esta capacidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2024
AJUSTARSE AL PBC. AJUSTARSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 15 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
En el punto de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS solicitan lo siguiente: "Función 3D/4D tiempo real". Este punto debe ser omitido ya que el equipo no incluye un transductor volumétrico, que es esencial para el uso de esta función. Al solicitar la capacidad de imágenes 3D/4D sin el transductor adecuado no solo incrementaría innecesariamente el costo del equipo, sino que, además, dicha función sería inoperativa y por ende no utilizable en la práctica. Por lo tanto, la inclusión de esto es redundante y no aporta valor, dado que el equipo no podrá utilizarse conforme a esta capacidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2024
AJUSTARSE AL PBC. AJUSTARSE A LA ADENDA Nº 1		

Consulta 16 - Plan de Entrega de los Bienes:

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
En el punto PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, el Pliego de Bases y Condiciones establece lo siguiente: para la entrega de los bienes, el proveedor tendrá un plazo de 10 (DIEZ) DÍAS CORRIDOS, una vez recepcionadas las Órdenes de Compra por parte del oferente. Este plazo de entrega debe ser ampliado a por lo menos noventa (90) días a partir de la suscripción del contrato, teniendo en cuenta que ese es el tiempo mínimo de importación de estos equipos. De lo contrario, esto puede entenderse que este llamado está dirigido a empresas que ya cuentan con el equipo en stock, hecho que atenta contra los principios de contrataciones públicas. En cambio, un plazo de entrega adecuado permitiría a los proveedores cumplir con los requisitos y garantizar la disponibilidad de los productos solicitados, resultando la convocante como la única beneficiada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2024
AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 17 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
<p>Solicitamos amablemente a la convocante la verificación y actualización en el precio referencial debido a que el mismo está muy por debajo de los precios reales y competitivos actuales del mercado teniendo en cuenta los requerimientos técnicos del equipo solicitado.</p> <p>Hemos notado según el documento publicado de “antecedentes de estimación de costos” que los mismos se han basado en históricos de licitaciones de años atrás y en equipos “portátiles” no modulares que son los solicitados en esta convocatoria, igualmente los equipos ofertados por las dos empresas cotizantes que figuran según sus detalles están por encima del valor referencial publicado, por lo cual no pueden ser considerados validos como precios referenciales para esta convocatoria.</p> <p>Esta revisión y ajuste de precios permitirá garantizar una selección justa y equitativa de todos los oferentes y que el equipo ofertado sea el que cumpla realmente con las especificaciones técnicas de la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2024
<p>AJUSTARSE AL PBC. SE ACLARA QUE SE PROCEDIÓ A LA VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS REALIZADOS EN EL ANÁLISIS DE PRECIO DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2024, Y QUE LO ACTUADO EN DICHO ANÁLISIS SE ENCUENTRA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN DNCP N° 454/24, COMO ASÍ TAMBIÉN A LO RELACIONADO EN EL Art. 4 DE LA LEY 7021/23, EN LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, Y EFICIENCIA, SEGÚN LOS CUALES LAS NECESIDADES PUBLICAS DEBEN SER SATISFECHAS CON LA OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COSTO QUE ASEGUREN EL ESTADO PARAGUAYO LAS MEJORES CONDICIONES, SUJETÁNDOSE A DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.</p> <p>POR TODO LO EXPUESTO PRECEDENTEMENTE, QUE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS ADJUDICADOS UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS REFERENCIALES DEL 1º PARÁMETRO FUE APLICADO EL AJUSTE DE PRECIOS POR VARIACIÓN DEL TIEMPO, COMO ASÍ TAMBIÉN SE HACE MENCIÓN QUE PARA EL 2º PARÁMETRO SE RECEPCIONA COTIZACIÓN REMITIDA POR UNA DE LAS FIRMAS EN LA CUAL SE VISUALIZA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA EN EL RANGO DE LO PRECIOS DEL PRIMER PARÁMETRO. POR TODO LO EXPRESADO PRECEDENTEMENTE SE HACE MENCIÓN QUE LOS PRECIOS OBTENIDOS EN EL ANÁLISIS DE PRECIO DE FECHA 05 DE JULIO DEL CORRIENTE Y RESPALDADA EN EL DICTAMEN DOC N° 112/24, POR LO QUE LOS MISMOS SE RATIFICAN Y MANTIENEN IGUALES</p>		

Consulta 18 - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2024
<p>Se solicita aumentar el precio referencial del llamado ya que los equipos son de mayor costo, no cubre el precio de costo del equipo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2024
<p>AJUSTARSE AL PBC. SE ACLARA QUE SE PROCEDIÓ A LA VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS REALIZADOS EN EL ANÁLISIS DE PRECIO DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2024, Y QUE LO ACTUADO EN DICHO ANÁLISIS SE ENCUENTRA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN DNCP N° 454/24, COMO ASÍ TAMBIÉN A LO RELACIONADO EN EL Art. 4 DE LA LEY 7021/23, EN LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, Y EFICIENCIA, SEGÚN LOS CUALES LAS NECESIDADES PUBLICAS DEBEN SER SATISFECHAS CON LA OPORTUNIDAD, CALIDAD Y COSTO QUE ASEGUREN EL ESTADO PARAGUAYO LAS MEJORES CONDICIONES, SUJETÁNDOSE A DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.</p> <p>POR TODO LO EXPUESTO PRECEDENTEMENTE, QUE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS ADJUDICADOS UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS REFERENCIALES DEL 1º PARÁMETRO FUE APLICADO EL AJUSTE DE PRECIOS POR VARIACIÓN DEL TIEMPO, COMO ASÍ TAMBIÉN SE HACE MENCIÓN QUE PARA EL 2º PARÁMETRO SE RECEPCIONA COTIZACIÓN REMITIDA POR UNA DE LAS FIRMAS EN LA CUAL SE VISUALIZA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA EN EL RANGO DE LO PRECIOS DEL PRIMER PARÁMETRO. POR TODO LO EXPRESADO PRECEDENTEMENTE SE HACE MENCIÓN QUE LOS PRECIOS OBTENIDOS EN EL ANÁLISIS DE PRECIO DE FECHA 05 DE JULIO DEL CORRIENTE Y RESPALDADA EN EL DICTAMEN DOC N° 112/24, POR LO QUE LOS MISMOS SE RATIFICAN Y MANTIENEN IGUALES</p>		