



Asunción, 9 de octubre de 2024

Señor
Dr. Juan Agustín Encina, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Referente: LPN 151/2024 ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LUQUE" ID 455.242

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos dirigimos a Usted, en referencia a las observaciones realizadas, a la licitación mencionada más arriba, a fin de evacuar las dudas y responder los puntos requeridos:

Dice la DNCP

Los precios referenciales cargados en el SICP no se ajustan al Dictamen de precios remitido, se solicita su adecuación.

Los Subítems no fueron cargados en el SICP

Observamos que adjunto al PBC/Carta de Invitación, remiten una planilla auxiliar con sub-ítems, sin embargo los mismos no fueron cargados en el SICP. Solicitamos a la convocante, realizar los ajustes correspondientes

Comentario

Se verifica que en el PBC consignan subítems, sin embargo en el SICP solo se observan 2 ítems.

Dice la convocante

La convocante aclara que se requieren dos tipos de autoclaves. La numeración que aparece en el PBC tiene como finalidad facilitar la interpretación de las características que deben tener los bienes a adquirir, pero no implica que se deba cotizar cada desglose por separado.

Dice la DNCP

Inclusión de Certificados de Calidad ISO o equivalentes.

Con relación al certificado de calidad exigido se solicita: 1) especificar cuál es el objeto de la certificación, qué es lo certificado (la producción, el producto, la distribución, otros); 2) explicar cómo incide dicha certificación en la ejecución del contrato; 3) especificar las empresas en el mercado que cuentan con la certificación indicada y 4) si se han previsto en el pliego de bases y condiciones certificaciones equivalentes definidas como tales para satisfacer el requerimiento establecido.

Dice la convocante

Conforme lo indica la Unidad Requirente la CERTIFICACIÓN PED (Pressure Equipment Directive) es un requisito indispensable para garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad en los equipos a presión en el marco de la Unión Europea (UE).

CERTIFICACIÓN ASME, Existen diferentes certificados para el uso de aparatos a presión, en función del país en el que se ubique la instalación una de las certificaciones más importantes en el mercado internacional es la otorgada por ASME, siglas de American Society of Mechanical Engineers, imprescindible en el mercado de EE.UU. y Canadá, y reconocida en más de un centenar de países, entre ellos Australia, Japón, Taiwán

y

Malasia.



Leticia Ordoñez
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud.

Esta certificación es de relevancia en el área de esterilización y el objetivo de la certificación se basa en adquirir un producto de calidad y seguro, en un lugar y con las instalaciones seguras, donde la convocante apunta de manera a precautelar la calidad de los bienes a través de estándares internacional de producción de equipamientos médicos, que serán utilizados en nuestro servicio y como objetivo principal esto conlleva al procesamiento de materiales en un ambiente seguro, la seguridad del acto quirúrgico y finalmente cumpliendo con la seguridad del paciente.

A continuación, se citan algunas empresas que cuentan con certificación ISO en el mercado: LCM SA; CHACO INTERNACIONAL; DYSA HEALTH CARE; CASA BOLLER-MATACHANA.

Esperando, haber disipado las dudas observadas por el Órgano Regulator de las Compras Gubernamentales, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy cordialmente. –


Lic. Fabián Acuña, Jefe
Departamento de Licitaciones



Lic. Laura Ojeda, Directora
Dirección Operativa de Contrataciones