

DICTAMEN TÉCNICO.

Lugar y fecha : Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, 20 de agosto de 2024

UOC Convocante (*): Sub UOC N°21

Unidad o área requirente (*): Dirección General

Funcionario o técnico responsable (*): Lic. Hedilberto Reyes

Dependencia y cargo que desempeña (*): Jefe de Servicios Generales

- Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados.

Esta solicitud de los (2) Equipo de Compresor de Aire Comprimido – Uso Medicinal, se da atendiendo a que el Hospital contaba con (2) equipos que proveían de oxígeno a distintos sectores como son: terapia adulta, terapia neonatal, quirófanos y urgencias. Por los años de uso (12 años) ha dejado de estar en funcionamiento, lo cual impacta en 29 bocas (tomas) con fuera de servicio, no pudiendo ser utilizado (22) respiradores.

Es de necesidad imperiosa contar con los (2) equipos de compresores de aire comprimido, para poder volver a utilizar el sistema integrado de oxígeno, dado que actualmente se utilizan respiradores integrados en forma provisoria y en cantidad insuficiente.

De esta forma se pretende levantar el sistema de aire comprimido para poder volver a usar los 22 respiradores y tener al 100% la capacidad de respuesta a las distintas áreas que afecta.

Firma del técnico o responsable del área requirente (*):

Aclaración (*):

Firma del responsable UOC(*):

Aclaración (*):

Sigmar A. González V.
Encargado de Presupuesto
HGSR. Py. Co.
SUBC-21
HGSR. PY-CO
M.S.P.yB.S.

Hedilberto Reyes B.
Jefe de Servicios Generales
H.G.S.P. Py.-Co.
M.S.P.yB.S.