

**DICTAMEN TÉCNICO.**

(Art 40 inc a) Res DNCP N°4401 y Res DNCP N° 453 Art 12)

**CVE 05/25 Adquisición de Dispositivo Cardiodesfibrilador Implantable, para Myriam Doldan con C.I. N° 385.406”**

**Lugar y fecha:** 21/03/25

**UOC Convocante (\*):** INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

**Unidad o área requirente (\*):**

1. Lic. Gerardo Meira
2. Farm. Cynthia Pereira de Silva
3. Farm. Elizabeth Dentice de Espínola
4. Q. F. Sixta Benítez de Ibarra

**Funcionario o técnico responsable (\*):**

1. Analista Técnico
2. Jefa de Sección Planificación De Suministros de Salud
3. Jefa de Departamento de Gestión de Medicamentos e Insumos de Salud
4. Directora de Logística de Suministros de Salud

**Dependencia y cargo que desempeña (\*):**

- **Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados (\*).**

Un cardiodesfibrilador implantable (CDI) es un dispositivo pequeño que se implanta en el pecho para controlar el ritmo cardíaco. Si el CDI detecta un ritmo cardíaco anormal, puede enviar una descarga eléctrica al corazón para restaurar un ritmo normal.

**Tamaño y peso:** Los CDI suelen ser pequeños y ligeros, con un tamaño similar al de un marcapasos.

**Cables (electrodos):** Los CDI están conectados al corazón mediante cables llamados electrodos.

Los electrodos detectan la actividad eléctrica del corazón y envían descargas eléctricas cuando es necesario.

- Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.

N/A

- Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.

N/A

**Obs.:**

-En caso de citar o remitirse al análisis o argumentos contenidos en otra documentación, se debe adjuntar la misma al presente dictamen.

-Podrán formar parte de los argumentos técnicos de este dictamen, el análisis previo citado en el artículo 25 de la Ley N° 7021/22, los resultados de dicho análisis o los documentos que lo integran.

**Firma del técnico o responsable del área requirente (\*):**

**Aclaración (\*):**



**Firma del responsable UOC(\*):**

**Aclaración (\*):**

