Asunción, 17 de julio de 2026

ACLARACIÓN N° 01

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC NIVEL CENTRAL N° 01 MSPBS

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA CVE N° 09/2026 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE PARAGUARI – MSPBS – COBERTURA 3 MESES", SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

CONSULTA 01:

Consulta 1: En las Especificaciones Técnicas se indica únicamente que los reactivos serán utilizados en un "equipo a comodato instalado en el servicio"; sin embargo, no se identifica la marca, modelo, metodología analítica o características técnicas del equipo actualmente instalado.

Considerando que dicha información resulta indispensable para determinar la compatibilidad de los reactivos ofertados, elaborar la propuesta técnica y efectuar una correcta cotización económica, solicitamos respetuosamente que la Convocante informe:

a) La marca y el modelo del equipo instalado.

b) La metodología analítica utilizada.

c) Las especificaciones técnicas necesarias para verificar la compatibilidad de los reactivos ofertados.

Lo anterior, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre los potenciales oferentes y permitir la elaboración de ofertas técnicamente comparables, conforme a los principios de transparencia, libre competencia e igualdad que rigen las contrataciones públicas.

RESPUESTA: Ajustarse a la última versión.

Se solicita reactivos compatibles con los equipos en comodato instalados en el servicio (Implica metodología analítica y especificaciones técnicas necesarias para proseguir con los análisis)

- Ítem 1: Equipo de Gasometría y electrolitos: Werfen Instrumentation Laboratory. Modelo: Gem 5000
- Ítem 2: Contador Hematológico. Horiba. Modelo: Pentra XLR
- Ítems 3 al 30: Equipo de Química Clínica: Laborlab. Modelo CMI 600, Inmunología: Autobio. Modelo: A1860
- Ítems 31 al 33: Equipo de Crasis: Werfen Instrumentation Laboratory. Modelo: élite pro

EETT

- Ítem 1: Equipo de Gasometría y electrolitos: Para determinación de gases y electrolitos en sangre total de forma simultánea en una única muestra. Y los siguientes parámetros: sodio, potasio, cloro, calcio iónico, pH, presión de oxígeno, PO2, PCO2, HCO3, BE, TCO2 y SO2.
- Ítem 2: Contador Hematológico: Realizar ópticas de precisión láser o citometría de flujo, para glóbulos blancos con diferencial y análisis óptico tridimensional de eritrocitos, incluidos los reticulocitos. IDentificación para célculas anormales, ópticos para determinar el número y el tamaño

Lcda. Ma. Leticia Ojeda N.
D.O.C. - D.G.A.I.
MSP y BS

de plaquetas. Con capacidad como mínimo 24 parámetros hematológicos. Ejecutar el conjunto de determinaciones básicas: hemograma completo, recuento de leucocitos y plaquetas, fórmula leucocitaria completa con análisis diferencial de 5 partes en glóbulos blancos, y recuento de reticulocitos. El equipo debe procesar un mínimo de 80 muestras por hora, dilución automática de muestras, panel de teclado con visor de resultado.

- Ítems 3 al 30: Equipo de Química Clínica: Capaz de procesar como mínimo 400 det./hora. Con capacidad de carga de 38 posiciones de muestra como mínimo. Con capacidad de carga de 38 posiciones de reactivos refrigerados a bordo como mínimo. Debe tener posibilidad de incorporar tubos primarios y lector de códigos de barra en todas las posiciones. Rotor de reacción con temperatura controlada. Sistema de lavados y pipeteos automatizados. Tipos de muestra: suero, plasma, orina, LCR, sangre entera (para HBA1C). Inmunología Con capacidad de realizar 100 determinaciones/hora como mínimo. Sistema de análisis inmunológico totalmente automático, basándose en el sistema de detección por Quimioluminiscencia, electro quimioluminiscencia o similar tecnología. debe ser un aparato de acceso continuo de muestras y fácil manejo. Rotor: con capacidad para 15 muestras como mínimo. Ssitema de lavados y pipeteos automatizados. Recipiente de desechos sólidos evitando así el contacto del usuario con los mismos ya que, una vez lleno, se extrae del sistema y se puede tirar íntegramente.
- Ítems 31 al 33: Equipo de Crasis: Reactivos para análisis de hemostasia con provisión de un equipo en comodato automatizado. Con método electromagnético, densidad óptica (nefelometría) cromogénico o inmunoturbidimétrico conectado al software de gestión del laboratorio. Con capacidad para procesar como mínimo 40 muestras por hora. Lavado automático de las agujas para evitar el arrastre. Debe permitir el ingreso de tubo primario, que posea lector de código de barras para muestras, reactivos, controles y calibradores.

CONSULTA 02:

Se solicita a la convocante la revisión de los precios referenciales considerando que según valor mercado existen diferencias entre 50% al 90% por debajo de lo normal.

RESPUESTA: Se procedió a la verificación del precio realizado en el Análisis de Precio Referencial de fecha 12 de mayo de 2026, y que lo actuado en dicho análisis se encuentra acorde a lo establecido en la Resolución DNCP N° 454/24, como así también, a lo relacionado en el Art. 4 de la ley 7021/2022, en la cual se establece los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Cabe mencionar por lo expuesto precedentemente, los Precios Referenciales para el Ítem 1 al 35, que se encuentran en el Análisis de Precio y respaldada en el Dictamen DOC N° 066/2026 de fecha 12 de mayo 2026, se ratifican y mantienen iguales.

Laura Ma. Leticia Ojeda N.
D.O.C. - D.G.A.F
MSP y BS

CONSULTA 03:

Solicitamos a la convocante enviar la planilla de precios con los precios referenciales por correo.

RESPUESTA: Se aclara que los precios referenciales se encuentran publicados en el Pliego de Bases y Condiciones.

Lic. Rocio Sanchez
Departamento de Licitaciones

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · D.O.D.A.F. · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Laura Ojeda, Directora
Dirección Operativa de Contrataciones