

COMITÉ DE EVALUACIÓN

I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

INFORME DE EVALUACIÓN

Licitación Pública Nacional N° 07/2024
Adquisición de Ecógrafos para el Hospital Nacional
I.D. N° 454.505

En la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 29 días del mes Octubre del 2024, en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 4 del Centro Médico Nacional - Hospital Nacional, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sito en la Ruta Gral. Samaniego Km. 6 de la compañía Itauguá Guazú, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación a los efectos de proceder al estudio final de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación de referencia, convocada por el Hospital Nacional dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.-


El Llamado cuenta con Resolución D.G. N° 52/2024 de fecha 19/09/2024 "POR LA CUAL SE AUTORIZA EL LLAMADO, SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 07/2024 "Adquisición de Ecógrafos para el Hospital Nacional" - I.D. N° 454.505.-


Para tal efecto, se realiza la conformación del Comité de Evaluación, por la **Resolución mencionada más arriba**, en la cual se sugiere la conformación de un Comité de Evaluación con representantes del; Centro Médico Nacional – Hospital Nacional, y de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.-


- **Lic. Carlos Cáceres**, Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas del M.S.P. y B.S. Designada por Nota U.C.T.A. N° 121/2024 de fecha 19/10/2024.-
- **Dr. Héctor Miguel Cano Arrieta**, Representante del Hospital Nacional Designada por providencia según Memorándum UOC N° 299/2024 de fecha 07/10/2024.-
- **Dr. Carlos Ariel Mancuello Sánchez**, Representante del Hospital Nacional Designada por providencia según Memorándum UOC N° 299/2024 de fecha 07/10/2024.-
- **Tec. Oscar Cabañas**, Representante del Hospital Nacional Designada por providencia según Memorándum UOC N° 299/2024 de fecha 07/10/2024.-


1- ANTECEDENTES

- **PAC N°: 454.505.-**
- El presente llamado fue programado por el monto total de Gs. 1.500.000.000.- (Un mil quinientos millones de guaraníes) y Cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 5696, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, por un monto de Gs. 300.000.000.- (Trescientos millones de guaraníes).-
- **Origen:**
Nota de fecha 06 de febrero de 2024 remitida por el Dr. Héctor Miguel Cano Arrieta, Jefe del Departamento de Imágenes del Hospital Nacional de Itauguá, por la cual solicita la Adquisición de Ecógrafos para el Departamento a su cargo. Así también el Departamento de Gineco – Obstetricia, por medio de la Nota de fecha 02 de julio de 2024, remitida por el Dr. Heraldo Rojas, Jefe del Servicio de Mastología, solicita la adquisición de un ecógrafo para el Servicio a su cargo.-
- **Los rubros:** están previsto en el OG 535, Equipos de Salud y de Laboratorio, del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.-
- **Publicación:** Se verifica la difusión en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas en fecha 23/09/2024.-
- **Adenda:** El llamado posee adenda, la cual será analizada en el proceso de evaluación.-
- **Sistema de Adjudicación:** es por Ítem.-


Lic. Carlos A. Cáceres
UCTA - DGAF


Dr. CARLOS A. MANCUELLO S.
Reg. Prof. N° 1144
Jefe de Serv. Ecografía General
Hospital Nacional


Oscar R. Cabañas S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional


Dr. Héctor Miguel Cano Arrieta
Reg. Prof. N° 8.716
Jefe Departamento de Imágenes
Hospital Nacional Itaugua

COMITÉ DE EVALUACIÓN

I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

2- ACTO DE RECEPCIÓN DE LA OFERTA FÍSICA Y APERTURA DE SOBRES

La Observación recibida en el Acto de Apertura de sobres, será desarrollada en el punto que corresponda en el informe de evaluación.-

ACTA DE APERTURA

1. Datos del acta:

| | | | | | |
|--|--|---------------|-------|----------|-------|
| ID | 454505 | | | | |
| NOMBRE DE LA LICITACIÓN | Adquisición de Ecógrafos para el Hospital Nacional | | | | |
| ENTIDAD CONVOCANTE | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social / Hospital Nacional | | | | |
| FECHA DE APERTURA | 28-Octubre-2024 | HORA APERTURA | 10:00 | HORA FIN | 11:15 |
| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | Licitación Pública Nacional | | | | |
| LUGAR DE APERTURA | UOC del Hospital Nacional de Itauguá | | | | |
| PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE | Lic. Mauro Brites | | | | |
| FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO | | | | | |

2. Ofertas no abiertas:


Seguidamente, se deja constancia que -- en atención a lo establecido en el ART. 51, 52 y 53 DEL DECRETO 9823/23 -- ninguna oferta fue declarada tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.


3. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC


En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:


| | | | |
|---|------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 80019208-7 | DEZETA S.A | milva.moran@dezeta.com.py |
| 2 | 80072821-1 | ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA | licitaciones@altesa.com.py |
| 3 | 80016426-1 | IMESE S.A. | licitaciones@imese.com.py |
| 4 | 80011068-4 | LCM SOCIEDAD ANÓNIMA | licitaciones@lcm.com.py |
| 5 | 80024104-5 | STEVEN S SA | ventns@stevenmedical.com |
| 6 | 80023913-0 | SOLUMEDIC S.A. | INFO@SOLUMEDIC.COM |


4. Verificación cuantitativa de los documentos presentados:



Walter Alfonso
ALTECSA S.A.
 RUC: 80072821-1
 Altas Tecnologías



Aline Kochuruba
IMESE S.A.



Walter Jomudo
Stevens S.A.



Lic. Mauro Brites
 U.O.C. - Hospital Nacional Itauguá


Lic. Milva Moran
 Gerente General
 Dezeta S.A.


Oscar R. Cabanas S.
 Encargado Interino de la
 Sección de Laboratorio
 Hospital Nacional


Lic. Carlos A. Cáceres
 UCTA - DGAF


Dr. Hector Miguel Cano Arrieta
 Reg. Prof. N° 8.716
 Jefe Departamento de Imágenes
 Hospital Nacional Itauguá


Dr. CARLOS A. MANCUELLO S.
 Reg. Prof. 7.144
 Jefe de Serv. Ecografía General
 Hospital Nacional


COMITÉ DE EVALUACIÓN


I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024


Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 50° de la Ley N° 7021/22 y los ART. 51, 52 y 53 DEL DECRETO 9823/23, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:



ALTEC S.A.
RUC: 80072821-1
ATA Tecnología



Aline Kochuruba
IMESE S.A.



Walter Somudio
Stevens SA


Lic. Silvia Moran
Gerente General
Dezeta S.A.



Solumedic S.A.
RUC: 80023913-0



Lic. Marcos L. Buitrago
U.O.C. - Hospital Nacional Itauguá


LCM Sociedad Anónima


Lic. Carlos A. Cáceres
UCTA - DGAF


Oscar R. Cabañas S.
Encargado interno de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional


Dr. Héctor Miguel Cano Arrieta
Reg. Prof. N° 8.716
Jefe Departamento de Imágenes
Hospital Nacional Itauguá


Dr. CARLOS A. MANCUELLO S.
Reg. Prof. 7.144
Jefe de Serv. Ecografía General
Hospital Nacional

COMITÉ DE EVALUACIÓN

I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

| Oferentes | Formulario de Oferta debidamente Firmado | Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta | Declaración Jurada del Artículo 40 | Garantía de Mantenimiento de Oferta |
|------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|
| DEZETA S.A | SI | SI | SI | Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 1.728.382.500 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: ASEPASA Seguros Monto total asegurado Gs.: 100.000.000 Vigencia de la Póliza: De 28/10/2024 a 27/03/2025, 150 días |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA | SI | SI | SI | Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 1.334.000.000 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: Royal Seguros S.A. Monto total asegurado Gs.: 79.701.441 Vigencia de la Póliza: De 28/10/2024 a 10/03/2025, 133 días |
| IMESE S.A. | SI | SI | SI | Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 1.241.000.000 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: La Consolidada S.A. Monto total asegurado Gs.: 80.000.000 Vigencia de la Póliza: De 28/10/2024 a 17/03/2025, 140 días |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA | SI | SI | SI | Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 1.010.550.000 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: Sancor Seguros Monto total asegurado Gs.: 51.000.000 Vigencia de la Póliza: De 28/10/2024 a 25/04/2025, 179 días |
| STEVEN S SA | SI | SI | SI | Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 1.146.835.827 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: La Consolidada S.A. Monto total asegurado Gs.: 75.000.000 Vigencia de la Póliza: De 28/10/2024 a 17/03/2025, 140 días |
| SOLUMEDIC S.A. | SI | SI | SI | Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 1.412.500.000 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: Aseguradora del Este S.A. Monto total asegurado Gs.: 80.000.000 Vigencia de la Póliza: De 28/10/2024 a 6/03/2025, 129 días |

[Signature]
LIC. ALBERTO S.A.
RUC: 80072827

[Signature]
Aline Kochuruba
IMESE S.A.

[Signature]
Steven S.A
Lic. de la Jornada

[Signature]
Lic. Milva Morán
Gerente General
Dezeta S.A.

[Signature]
Solumedic S.A.
RUC: 80023913-0

[Signature]
Lic. Nancy Le Buitac S.
U.O.C. - Hospital Nacional Itauguá

[Signature]
LCM
LCM Sociedad Anónima

[Signature]
Lic. Carlos A. Cáceres
UCTA - DGAF

[Signature]
Oscar R. Calafías S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional

[Signature]
Dr. Héctor Miguel Cano Arrieta
Reg. Prof. N° 8.716
Jefe Departamento de Imágenes
Hospital Nacional Itauguá

[Signature]
Dr. CARLOS A. MANCUELLO S.
Reg. Prof. 7.144
Jefe de Sección Ecografía General
Hospital Nacional

COMITÉ DE EVALUACIÓN

I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

| Oferentes | Páginas foliadas | Constancia del SIPE N° | Muestras | Inscrito |
|------------------------------------|------------------|------------------------|----------|--------------------|
| DEZETA S.A | 98 | 1822093 | NO | Registro Proveedor |
| ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA | 12 | 1822238 | NO | Registro Proveedor |
| IMESE S.A. | 69 | 1822216 | NO | Registro Proveedor |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA | 101 | 1822148 | NO | Registro Proveedor |
| STEVEN S SA | 108 | | NO | Registro Proveedor |
| SOLUMEDIC S.A. | 65 | 1822267 | NO | Registro Proveedor |

Observación a la oferta: 80072821-1 - ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

| Observación a la oferta | Observador | Representante | Fecha/Hora |
|--|-------------------------|---------------|---------------------|
| Se Adjunta Observaciones de la representante.- | 80019208-7 - DEZETA S.A | Milva Moran | 2024-10-28 11:18:35 |

Observación a la oferta: 80016426-1 - IMESE S.A.

| Observación a la oferta | Observador | Representante | Fecha/Hora |
|--|-------------------------|---------------|---------------------|
| Se Adjunta Observaciones de la representante.- | 80019208-7 - DEZETA S.A | Milva Moran | 2024-10-28 11:18:35 |

Observación a la oferta: 80011068-4 - LCM SOCIEDAD ANÓNIMA

| Observación a la oferta | Observador | Representante | Fecha/Hora |
|--|-------------------------|---------------|---------------------|
| Se Adjunta Observaciones de la representante.- | 80019208-7 - DEZETA S.A | Milva Moran | 2024-10-28 11:18:35 |

Observación a la oferta: 80024104-5 - STEVEN S SA

| Observación a la oferta | Observador | Representante | Fecha/Hora |
|--|-------------------------|---------------|---------------------|
| Se Adjunta Observaciones de la representante.- | 80019208-7 - DEZETA S.A | Milva Moran | 2024-10-28 11:18:35 |

Observación a la oferta: 80023913-0 - SOLUMEDIC S.A.

| Observación a la oferta | Observador | Representante | Fecha/Hora |
|--|-------------------------|---------------|---------------------|
| Se Adjunta Observaciones de la representante.- | 80019208-7 - DEZETA S.A | Milva Moran | 2024-10-28 11:18:35 |

5. Constancia de las observaciones realizadas por la convocante:

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 7021/22 y sus disposiciones reglamentarias

[Firma]
ALTEC S.A.
RUC: 80072821-1

[Firma]
Aline Kochuruba
IMESE S.A.

[Firma]
Walter Samudio
Steven S.A.

[Firma]
Lic. Milva Moran
Gerente General
Dezeta S.A.

[Firma]
Solumedic S.A.
RUC: 80023913-0

[Firma]
Lic. Bruno L. Batic S.
U.O.C. - Hospital Nacional Itauguá

[Firma]
LCM Sociedad Anónima

[Firma]
Lic. Carlos A. Cáceres
UOJA - DGAF

[Firma]
Oscar R. Cabañas S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional


[Firma]
Dr. Hector Miguel Cano Arrieta
Reg. Prof. N° 8.716
Jefe Departamento de Imágenes
Hospital Nacional Itauguá

[Firma]
Dr. CARLOS A. MANZUELO S.
Reg. Prof. 7.144
Jefe de Serv. Ecografía General
Hospital Nacional


COMITÉ DE EVALUACIÓN


I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 11:15 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.



Rosma Alfonso
ALTECSA
RUC: 80072821-1



Aline Kochuruba
IMESE S.A.



Roberto Sánchez
Stevens S.A.



Lic. Milva Morán
Gerente General
Dezeta S.A.



LCM
LCM Sociedad Anónima



Lic. Juan L. Ballester
U.C.C. - Hospital Nacional Itauguá


Sabumedic S.A.
RUC: 80023913-0


Lic. Carlos A. Cáceres
UGTA - DGA


Oscar R. Cabañas S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional


Dr. Héctor Miguel Cano Arrieta
Reg. Prof. N° 8.716
Jefe Departamento de Imágenes
Hospital Nacional Itauguá


Dr. CARLOS A. MANQUELLO S.
Reg. Prof. 7.144
Jefe de Serv. Ecografía General
Hospital Nacional

COMITÉ DE EVALUACIÓN

I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 04 - HOSPITAL NACIONAL

Licitación Pública Nacional N° 07/2024 - ID 454.505.- "ADQUISICIÓN DE ECOGRAFOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL"

OBSERVACIONES AL ACTA DE APERTURA DE SOBRES.


Fecha: 28/Octubre/2024


Empresa: Dezeta S.A.
Representante: Milva Morán
C.I. No. 2.957.399.-

OBSERVACIONES:


- Altec:** No presenta catálogos ni E.E.TT de ninguno de los productos ofertados: ni Ecografos ni estación de Mamografía por lo que no se puede verificar el cumplimiento de lo solicitado.
- Imese:** No presenta catálogos de la Estación de Mamografía con Monitor de Grado Médico, por lo que no se puede verificar lo solicitado. Considerar que este equipo pesa en el costo total de los Equipos solicitados. - Tampoco presenta Planilla de E.E.TT de los Items presentados.
- L.C.M:** No presenta E.E.TT de los items ofertados. No presenta catálogos de los Ecografos ni Estación dedicada a Mamografía con Monitor de Grado Médico por lo que no se puede verificar si los oferentes están presentando los mismos productos solicitados.
- STEVENS:** No se visualiza catálogos del Monitor de Grado Médico para mamografía.
- Solmedic:** No presenta catalogo de Monitor de Grado Médico para Mamografía.


* Favor Verificar la Estación de Diagnostico para mamografía y Monitor de "GRADO MEDICO" Página ___ de ___

Firma y Sello

Lic. Milva Morán
Gerente General
Dezeta S.A.


Lic. Carlos A. Cáceres
UGTA - DGAF


Oscar R. Cabañas S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional


Dr. Hector Miguel Cano Arrieta
Reg. Prof. N° 8.716
Jefe Departamento de Imágenes
Hospital Nacional Itaugua


Dr. CARLOS A. MANQUELLO S.
Reg. Prof. 7.144
Jefe de Servicio Ecografía General
Hospital Nacional

COMITÉ DE EVALUACIÓN

I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024


CENTRO MEDICO NACIONAL – HOSPITAL NACIONAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 04 - HOSPITAL NACIONAL

Licitación Pública Nacional N° 07/2024 para la Adquisición de Ecógrafos
para el Hospital Nacional - ID: 454.505.-


Se adjunta al Acta de Apertura las siguientes consideraciones:


Se encuentra presenta en representación de los Oferentes:

- **DEZETA S.A.** la Sra. Milva Moran.- Apoderada.-
- **ALTAS TECNOLOGIAS S.A.** la Sra. Lorena Alfonso.- Presenta su Autorización.-
- **IMESE S.A.** la Sra. Aline Kochuruba.- Autorización en la carpeta de ofertas, folio N° 2.-
- **LCM SOCIEDAD ANÓNIMA** el Sr. Juan Guillermo Franco.- Presenta su Autorización.-
- **STEVEN S S.A.** la Sra. Mirtha Samudio.- Autorización en la carpeta de ofertas, folio N° 105.-
- **SOLUMEDIC S.A.** la Sra. Claude Chaparro.- Presenta su Autorización.-



Lorena Alfonso
Altas Tecnologías
ALTEC S.A.
RUC: 80072821 - 1



Aline Kochuruba
IMESE S.A.


Mirtha Samudio
Stevens S.A.


Lic. Milva Moran
Gerente General
Dezeta S.A.



Juan Guillermo Franco
LCM Sociedad Anónima



Solumedic S.A.
RUC: 60023913-0



Lic. Carlos A. Cáceres
U.O.C. - Hospital Nacional Itauguá


Centro Médico Nacional – Hospital Nacional
Ruta Gral. Samaniego Km. 6.
Itauguá, Paraguay.

Teléfono 0294-321-424


Lic. Carlos A. Cáceres
UCTA - DGAF


Oscar R. Cabañas S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional


Dr. Héctor Miguel Cano Arrieta
Reg. Prof. N° 8.716
Jefe Departamento de imágenes
Hospital Nacional Itauguá


Dr. CARLOS A. MANCUELLO S.
Reg. Prof. 7.144
Jefe de Serv. Ecografía General
Hospital Nacional

COMITÉ DE EVALUACIÓN

I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

3- VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL

Se procede a la verificación de la oferta presentada, de cumplimiento con las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 59 del Decreto N° 9823/2023 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Art. 59.- Documentos sustanciales.

Serán considerados documentos de carácter sustancial:

- a. El formulario de oferta y la lista de precios, debidamente llenados y firmados;
- b. La garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida;
- c. Los documentos que acrediten la existencia del Oferente;
- d. Los documentos que demuestren las facultades del firmante de la oferta, para comprometer al oferente;
- e. Los documentos que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), determine como sustanciales en los pliegos estándar o reglamentaciones.

Documentos para Evaluación:

- 1- Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

| DEZETA S.A. | ALTAS TECNOLOGIAS S.A. | IMESE S.A. | LCM S.A. | STEVEN S S.A. | SOLUMEDIC S.A. |
|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cumple Fs 2 al 4 | Cumple Fs 1 al 3 | Cumple Fs 3 al 5 | Cumple Fs 1 al 3 | Cumple Fs 1 al 3 | Cumple Fs 1 al 3 |

- 2- Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

| DEZETA S.A. | ALTAS TECNOLOGIAS S.A. | IMESE S.A. | LCM S.A. | STEVEN S S.A. | SOLUMEDIC S.A. |
|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Cumple Fs 7 al 17 | Cumple Fs 4 al 7 | Cumple Fs 6 al 9 | Cumple Fs 4 al 8 | Cumple Fs 106 al 108 | Cumple Fs 4 al 7 |

Requerimientos para Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

| DEZETA S.A. | ALTAS TECNOLOGIAS S.A. | IMESE S.A. | LCM S.A. | STEVEN S S.A. | SOLUMEDIC S.A. |
|---|--|---|--|----------------------|--|
| Cumple Perfil del Prov. Fs 18 al 19 | Cumple Perfil del Prov. Fs 8 al 10 | Cumple Perfil del Prov. Fs 10 al 12 | Cumple Perfil del Prov. Fs 9 al 10 | Cumple Fs 8 al 27 | Cumple Perfil del Prov. Fs 8 al 10 |

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)

| DEZETA S.A. | ALTAS TECNOLOGIAS S.A. | IMESE S.A. | LCM S.A. | STEVEN S S.A. | SOLUMEDIC S.A. |
|---|--|---|--|-----------------------|--|
| Cumple Perfil del Prov. Fs 18 al 19 | Cumple Perfil del Prov. Fs 8 al 10 | Cumple Perfil del Prov. Fs 10 al 12 | Cumple Perfil del Prov. Fs 9 al 10 | Cumple Fs 28 al 29 | Cumple Perfil del Prov. Fs 8 al 10 |

Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

| DEZETA S.A. | ALTAS TECNOLOGIAS S.A. | IMESE S.A. | LCM S.A. | STEVEN S S.A. | SOLUMEDIC S.A. |
|-----------------|--|---|--|-----------------------|-----------------|
| Cumple Fs 20 | Cumple Perfil del Prov. Fs 8 al 10 | Cumple Perfil del Prov. Fs 10 al 12 | Cumple Perfil del Prov. Fs 9 al 10 | Cumple Fs 30 al 31 | Cumple Fs 12 |

Lic. Carlos A. Cáceres
UCTA - DGAF

Página 9 de 18
Dr. CARLOS A. MANSUELLO S.
Reg. Prof. 7.144
Jefe de Sección Ecografía General
Hospital Nacional

Oscar R. Cabañas S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional

Dr. Hector Miguel Cano Arn
Reg. Prof. N° 8.716
Jefe Departamento de Imágenes
Hospital Nacional

COMITÉ DE EVALUACIÓN

I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

| DEZETA S.A. | ALTAS TECNOLOGIAS S.A. | IMESE S.A. | LCM S.A. | STEVEN S S.A. | SOLUMEDIC S.A. |
|-----------------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Cumple Fs 21 al 25 | Cumple Perfil del Prov. Fs 8 al 10 | Cumple Perfil del Prov. Fs 10 al 12 | Cumple Perfil del Prov. Fs 9 al 10 | Cumple Fs 32 al 38 | Cumple Fs 15 al 19 |

La verificación concluye que los documentos presentados son válidos y cumplen con los requisitos de carácter sustancia, y se prosigue con la evaluación.-

Verificación que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 21 de la Ley 7021/2022”.-

El Comité de Evaluación confirmará que los Oferentes no se encuentren comprendidos en las prohibiciones establecidas en el Art. 21, de la Ley N° 7021/2022, en base al siguiente análisis:

En primer lugar, se verifica que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 21 de la Ley N° 7021/2022 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado.-

| Empresa | Verificación del Documento |
|------------------------|----------------------------|
| DEZETA S.A. | Cumple fs 30 al 31 |
| ALTAS TECNOLOGIAS S.A. | Cumple fs 11 al 12 |
| IMESE S.A. | Cumple fs 13 |
| LCM S.A. | Cumple fs 11 |
| STEVEN S S.A. | Cumple fs 4 |
| SOLUMEDIC S.A. | Cumple fs 13 al 14 |

Este Comité verifico en la página Portal Paraguay (www.paraguay.gov.py) si los individuos citados más abajo, representantes de las firmas, figuran en la base de datos como funcionarios públicos. Los resultados arrojados se detallan en el cuadro visualizado más abajo y las constancias de los mismos forman parte del presente informe.-

| N° | Nombre y Apellido | C.I. N° | N° de Constancia | Observación | Empresa |
|----|--------------------------------|---------|------------------|---|------------------------|
| 1 | BARBARA ZAVALA DE DOLLSTADT | 313.201 | 6817213 | No Registra datos | DEZETA S.A. |
| 2 | GABRIELLE DOLLSTADT DE LERI | 817970 | 6817216 | No Registra datos | |
| 3 | BARBARA DOLLSTADT ZAVALA | 1138596 | 6817224 | No Registra datos | |
| 4 | FEDERICO KURT DOLLSTADT ZAVALA | 1138592 | 6817234 | No Registra datos | |
| 5 | LUIS ERNESTO DOLLSTADT ZAVALA | 1847483 | 6817241 | No Registra datos | |
| 6 | MILVA RESEDA MORAN ARMOA | 2957399 | 6817251 | No Registra datos | |
| 7 | MARCOS ANTOLIANO MARIN ROJAS | 3757965 | 6817489 | No Registra datos | ALTAS TECNOLOGIAS S.A. |
| 8 | LAURO MIGUEL BRITZ LEGUIZAMON | 3424620 | 6817495 | REGISTRA DATOS, CARGO PERMANENTE 2002 y 2003.- ESTADO: INACTIVO | |
| 9 | EMIGDIO ELIZAU ALFONSO | 306831 | 6817583 | No Registra datos | IMESE S.A. |
| 10 | MARIA EMILIA ELIZAU GAUNA | 2096780 | 6817607 | No Registra datos | |

Lic. Carlos A. Cáceres
DCTA - DGAF

Página 10 de 18

Dr. Carlos A. Mançuello
Encargado Interno de la Dr. María Miguel Cano Arriaga
Reg. Prof. 7.744
Jefe de Serv. Ecografía General Hospital Nacional
Sección de Laboratorio Hospital Nacional
Jefe Departamento de Imágenes Hospital Nacional

COMITÉ DE EVALUACIÓN

I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|---------|---------|--|----------------|
| 11 | CARLOS ROBERTO CLARI CAMPS | 860623 | 6817698 | No Registra datos | LCM S.A. |
| 12 | IGNACIO ANTONIO ORTELLADO ROLON | 744500 | 6817701 | No Registra datos | |
| 13 | ROCIO ACUÑA MARTINEZ | 4010760 | 6817709 | No Registra datos | |
| 14 | LUCIANO ORTELLADO ODDONE | 4471210 | 6817712 | No Registra datos | |
| 15 | LUCAS CLARI ZAMBRINI | 3189635 | 6817715 | No Registra datos | STEVEN S S.A. |
| 16 | SANDRA LORENA OVELAR | 3390537 | 6817838 | No Registra datos | |
| 17 | LIZ ROSSANA VERA MARIN | 4593156 | 6817799 | No Registra datos | SOLUMEDIC S.A. |
| 18 | VICTOR RAMON CABAÑAS FERNANDEZ | 1051197 | 6817886 | No Registra datos | |
| 19 | ADRIANA LIZ NAHYR CABAÑAS CHAMORRO | 4699081 | 6817892 | REGISTRA DATOS, CARGO PERMANENTE 2019.- ESTADO: INACTIVO | |
| 20 | VICTOR RAMON CABAÑAS | 7503847 | 6817897 | No Registra datos | |
| 21 | LIZ ADOLFINA ISABEL CHAMORRO FERREIRA | 1831412 | 6817911 | No Registra datos | SOLUMEDIC S.A. |
| 22 | PRIMA KARINA MONTI TORRES | 2966885 | 6817919 | REGISTRA DATOS, CARGO PROFESIONAL CONTRATADO 2012.- ESTADO: INACTIVO | |

Este Comité de Evaluación, con respaldo documental de los análisis realizados, determina que la empresa participante no se encuentra comprendida en las prohibiciones establecidas en el Art 21 de la Ley 7021/2022.-

Este Comité verifico el registro de " Sanciones a Proveedores " del SICP, en el cual se observa que a la fecha no se cuenta con sanciones que prohíban contratar con el estado:

A la fecha, las Firmas participantes del proceso de contratación, no se encuentra Inhabilitado, ni Amonestado.-

Además, vale mencionar:


Que, conforme vía nota del Comité evaluador, se solicita por intermedio de la UOC N°4 a la Dirección General de Asesoría Jurídica, informe sobre rescisión Contractual de las empresas participantes, con respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 21 inciso "g" de la Ley 7021/2022. Al mismo tiempo se solicita a la Dirección General de Administración y Finanzas el informe de verificación del cumplimiento del Art. 21 inc. "k".-

Se recibe el Memorándum D.G.A.J. N° 1.508/2024, de fecha 06/11/2024, donde se informa cuanto sigue: "que verificados los registros del Departamento de Archivo/Estadísticas dependiente de la Dirección General de Asesoría Jurídica a mi cargo, no obra antecedentes ni Resoluciones de RESCISIÓN DE CONTRATO CONTRACTUAL con las empresas "DEZETA S.A. RUC N° 80019208-7, ALTAS TECNOLOGIAS S.A. RUC N° 80072821-1, IMESE S.A. RUC N° 80016426-1, LCM SOCIEDAD ANÓNIMA RUC N° 80011068-4, STEVEN S S.A. RUC N° 80024104-5, y SOLUMEDIC S.A. RUC N° 80023913-0-, a partir del ejercicio fiscal 2022 hasta la fecha.-

Así también, se recibe Memorándum D.E.C. N° 709/2024 de fecha 08/11/2024, el Departamento de Ejecución de Contratos, dependiente de la Dirección Administrativa del M.S.P. y B.S., informa en contestación al pedido de verificación del cumplimiento del Art. 21 inc. g); informa cuanto sigue: "Según los registros del Sistema y los expedientes pendientes de cancelación de la institución obrante en esta dependencia **"No registra expediente por incumplimiento contractual."**


4- VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER FORMAL


Siguiendo el criterio de evaluación establecido en el Pliego de Bases y Condiciones; conforme al Art. 55 del Decreto 9823/2023, y verificar su cumplimiento con otros requisitos de la presente licitación para cumplir el contrato:


Lic. Carlos A. Cáceres
VCTA - DGAJ

Dr. CARLOS A. MANCUELLO
Reg. Prof. 7.144
Jefe de Serv. Ecografía General
Hospital Nacional

Página 11 de 18


Oscar R. Cabañas S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional


Dr. Hector Miguel Cano Arrieta
Reg. Prof. N° 8.716
Jefe Departamento de Imágenes
Hospital Nacional Itaugués

COMITÉ DE EVALUACIÓN

I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

Documentos Requeridos

Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

| DEZETA S.A. | ALTAS TECNOLOGIAS S.A. | IMESE S.A. | LCM S.A. | STEVEN S S.A. | SOLUMEDIC S.A. |
|-----------------|--|---|-----------------|----------------|--|
| Cumple Fs 27 | Cumple Perfil del Prov. Fs 8 al 10 | Cumple Perfil del Prov. Fs 10 al 12 | Cumple Fs 36 | Cumple Fs 5 | Cumple Perfil del Prov. Fs 8 al 10 |

Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

| DEZETA S.A. | ALTAS TECNOLOGIAS S.A. | IMESE S.A. | LCM S.A. | STEVEN S S.A. | SOLUMEDIC S.A. |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cumple No Presenta | Cumple No Presenta | Cumple No Presenta | Cumple No Presenta | Cumple No Presenta | Cumple No Presenta |

Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

| DEZETA S.A. | ALTAS TECNOLOGIAS S.A. | IMESE S.A. | LCM S.A. | STEVEN S S.A. | SOLUMEDIC S.A. |
|-----------------|--|---|-----------------|----------------|--|
| Cumple Fs 28 | Cumple Perfil del Prov. Fs 8 al 10 | Cumple Perfil del Prov. Fs 10 al 12 | Cumple Fs 35 | Cumple Fs 6 | Cumple Perfil del Prov. Fs 8 al 10 |

Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

| DEZETA S.A. | ALTAS TECNOLOGIAS S.A. | IMESE S.A. | LCM S.A. | STEVEN S S.A. | SOLUMEDIC S.A. |
|-----------------|--|---|-----------------|----------------|--|
| Cumple Fs 29 | Cumple Perfil del Prov. Fs 8 al 10 | Cumple Perfil del Prov. Fs 10 al 12 | Cumple Fs 37 | Cumple Fs 7 | Cumple Perfil del Prov. Fs 8 al 10 |

Resultado: Se verificaron la documentación presentada, de la verificación se concluye que las constancias presentadas son válidas, por lo cual todas las firmas participantes cumplen con los requisitos de este punto.

5- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS:

Cuadro Comparativo de ofertas:

| Ítem | Descripción | Cantidad | Precio Referencial | DEZETA S.A. | | | ALTAS TECNOLOGIAS S.A. | | | |
|----------------------------|---|----------|--------------------|-------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------|--|
| | | | | Precio Unitario | Precio Total | Variación % | Precio Unitario | Precio Total | Variación % | |
| 1 | Ecógrafo Modular (Para el Servicio de Imágenes) | 2 | 419,341,889 | 575,967,500 | 1,151,935,000 | 37.35 | 380,000,000 | 760,000,000 | -9.38 | |
| 2 | Ecógrafo Modular (Para el Servicio de Mastología) | 1 | 415,666,667 | 576,447,500 | 576,447,500 | 38.68 | 380,000,000 | 380,000,000 | -8.58 | |
| 3 | Ecógrafo Portátil (Para el Servicio de Imágenes) | 1 | 194,766,667 | | - | | 194,000,000 | 194,000,000 | -0.39 | |
| Total de la Oferta: | | | | 1,728,382,500.00 | | | | 1,334,000,000.00 | | |

Lic. Carlos A. Cáceres
UCTA - DGAF

Oscar R. Caballero S.
Encargado Interno de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional

Dr. Héctor Miguel Cano Arrieta
Reg. Prof. N° 8.716
Jefe Departamento de Imágenes
Hospital Nacional Itaugua

Dr. CARLOS A. MANCUELLO S.
Reg. Prof. 7.144
Jefe de Serv. Ecografía General
Hospital Nacional

COMITÉ DE EVALUACIÓN

I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

| Ítem | Descripción | Cantidad | Precio Referencial | IMESE S.A. | | | LCM S.A. | | |
|----------------------------|---|----------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | | | | Precio Unitario | Precio Total | Variación % | Precio Unitario | Precio Total | Variación % |
| 1 | Ecógrafo Modular (Para el Servicio de Imágenes) | 2 | 419,341,889 | 335,000,000 | 670,000,000 | -20.11 | 272,600,000 | 545,200,000 | -34.99 |
| 2 | Ecógrafo Modular (Para el Servicio de Mastología) | 1 | 415,666,667 | 326,000,000 | 326,000,000 | -21.57 | 311,750,000 | 311,750,000 | -25.00 |
| 3 | Ecógrafo Portátil (Para el Servicio de Imágenes) | 1 | 194,766,667 | 245,000,000 | 245,000,000 | 25.79 | 153,600,000 | 153,600,000 | -21.14 |
| Total de la Oferta: | | | | 1,241,000,000.00 | | | 1,010,550,000.00 | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Precio Referencial | STEVEN S.S.A. | | | SOLUMEDIC S.A. | | |
|----------------------------|---|----------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | | | | Precio Unitario | Precio Total | Variación % | Precio Unitario | Precio Total | Variación % |
| 1 | Ecógrafo Modular (Para el Servicio de Imágenes) | 2 | 419,341,889 | 383,066,658 | 766,133,316 | -8.65 | 405,000,000 | 810,000,000 | -3.42 |
| 2 | Ecógrafo Modular (Para el Servicio de Mastología) | 1 | 415,666,667 | 380,702,511 | 380,702,511 | -8.41 | 410,000,000 | 410,000,000 | -1.36 |
| 3 | Ecógrafo Portátil (Para el Servicio de Imágenes) | 1 | 194,766,667 | | | | 192,500,000 | 192,500,000 | -1.16 |
| Total de la Oferta: | | | | 1,146,835,827.00 | | | 1,412,500,000.00 | | |

Finalizado la confección del cuadro comparativo y verificando con la planilla de precios presentada por los oferentes, se observa que no hay errores aritméticos.-

El análisis de los precios ofertados, con respecto a los precios referencial, serán evaluadas junto con la evaluación técnica. La evaluación se realizara según el precio ofertado, de menor a mayor.-

6- APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA:

Certificado de Producto y Empleo Nacional.

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional. El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.-

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.-

En cumplimiento a lo indicado en el Pliego de bases y Condiciones se realiza la verificación en el portal del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).-

De la verificación se puede observar que las firmas participantes no cuentan con el certificado de Producto y Empleo Nacional, no se aplica el margen de preferencia.-

Lic. Carlos A. Cáceres
UGTA - DGAF

Oscar R. Cabañas S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Nacional

Dr. Héctor Miguel Cano
Reg. Prof. N° 8.718
Jefe Departamento de Imágenes
Hospital Nacional Itauguá

Dr. CARLOS A. MANCUELLO S.
Reg. Prof. 7.144
Jefe de Serv. Ecografía General
Hospital Nacional

COMITÉ DE EVALUACIÓN

I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

Art. 55 "Procedimientos de Evaluación, del Decreto Reglamentario 9823/2023"

En cumplimiento al Decreto Reglamentario 9823/2023 la Cual Reglamenta la Ley N° 7021/2022 "De Suministros y Contrataciones Públicas", Art. 55 "Procedimientos de Evaluación, B. Evaluación basada únicamente en precio. Indica:

- 1- Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial.
- 2- Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.
- 3- Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la contratación.

Conclusión:

Las firmas participantes cumplen con el suministro de la documentación básica de carácter sustancial, y al no aplicarse margen de preferencia, se toma la decisión de seleccionar de forma provisoria la oferta con el menor precio en su oferta, para seguir analizando en detalle los demás requerimientos del proceso.-

Seguidamente se realizará la evaluación técnica, a las ofertas de menor precio, para determinar y seleccionar las ofertas que serán analizadas en detalle de los demás requerimientos.-


1- EVALUACION TECNICA


La Evaluación Técnica se realizó en base a las documentaciones requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, para la verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el cual fue realizada por los profesionales del área que conforman el comité.-


Se realiza la Evaluación Técnica y todos los detalles del esa evaluación se adjunta al Presente Informe de Evaluación.-

| Ítem | Descripción del Bien | EVALUACION |
|------|---|--|
| 1 | Ecógrafo Modular (para el Servicio de Imágenes) | <u>Primera Oferta: LCM S.A.</u> El comité desestima la primera oferta por los motivos expuestos en el informe tecnico que forma parte del presente Informe de Evaluación, en cuento a precio y evaluación tecnica, se procedera a evaluar la siguiente oferta.- <u>Segunda Oferta: IMESE S.A.</u> Evaluado técnicamente el equipo ofertado por la firma IMESE S.A., la misma CUMPLE con las especificaciones técnicas, y cuenta con la documentación requerida conforme al P.B.C., por lo cual es aceptado por el Comité de Evaluación para continuar verificando los demás criterios.- |
| 2 | Ecógrafo Modular (para el Servicio de Mastología) | <u>Primera Oferta: LCM S.A.</u> El comité desestima la primera oferta por los motivos expuestos en el informe tecnico que forma parte del presente Informe de Evaluación, en cuento a la evaluación tecnica, se procedera a evaluar la siguiente oferta.- <u>Segunda Oferta: IMESE S.A.</u> Evaluado técnicamente el equipo ofertado por la firma IMESE S.A., la misma CUMPLE con las especificaciones técnicas, y cuenta con la documentación requerida conforme al P.B.C., por lo cual es aceptado por el Comité de Evaluación para continuar verificando los demás criterios.- |
| 3 | Ecógrafo Portátil (para el Servicio de Imágenes) | <u>Primera Oferta: LCM S.A.</u> Evaluado técnicamente el equipo ofertado por la firma LCM S.A., la misma CUMPLE con las especificaciones técnicas, y cuenta con la documentación requerida conforme al P.B.C., por lo cual es aceptado por el Comité de Evaluación para continuar verificando los demás criterios.- |


Lic. Carlos A. Cáceres
LICTA - DGAF


Oscar R. Cabañas S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional


Dr. CARLOS A. MANQUELLO S.
Res. Post. 7.144
Jefe de Sección Ecografía General
Hospital Nacional


Dr. Héctor Miguel Cano Arriola
Res. Post. N° 8.716
Jefe Departamento de Imágenes
Hospital Nacional Itaugua

COMITÉ DE EVALUACIÓN

I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

2- EXPERIENCIA REQUERIDA

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente **LCM S.A. e IMESE S.A.**, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en comercialización de Equipos Médicos con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los años 2021 y/o 2022 y/o 2023. Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año.-

| LCM S.A. | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|--|-------------|-----------|
| Requisito documental | Monto Máximo Ofertado | Experiencia Requerida 50% | Contratos Presentados | Total | RESULTADO |
| Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida | 1.010.550.000 | 505.275.000 | Año 2022 LPN SBE 04/2022 ID N° 412414 Monto total: 241.499.992 | 522.482.392 | Cumple |
| | | | Año 2023 Factura N° 001-006-0001155 Monto total: 126.932.400 | | |
| | | | Año 2023 Factura N° 001-006-0002173 Monto total: 72.900.000 | | |
| | | | Año 2023 Factura N° 001-006-0002463 Monto total: 81.150.000 | | |

Resultado: Cumple con el requerimiento.-

| IMESE S.A. | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|--|---------------|-----------|
| Requisito documental | Monto Máximo Ofertado | Experiencia Requerida 50% | Contratos Presentados | Total | RESULTADO |
| Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida | 1.241.000.000 | 620.500.000 | Año 2021 Factura N° 001-001-0004374 Monto total: 1.016.139.999 | 1.774.475.999 | Cumple |
| | | | Año 2022 Factura N° 001-001-0004916 Monto total: 316.800.000 | | |
| | | | Año 2023 Factura N° 001-001-0005302 Monto total: 19.136.000 | | |
| | | | Año 2022 Factura N° 001-001-0004951 Monto total: 422.400.000 | | |

Resultado: Cumple con el requerimiento.-

Lic. Carlos A. Cáceres
UCTA - DGAF

COMITÉ DE EVALUACIÓN

I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

3- CAPACIDAD TECNICA

Con el Objetivo de calificar la capacidad técnica, el Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos:

| DOCUMENTO REQUERIDO | LCM S.A. | IMESE S.A. |
|--|---|---|
| Copia Autenticada de la Resolución de Apertura vigente o de renovación de la firma oferente para Importar / Comercializar / Fabricar Dispositivos Médicos expedida por la DNVS, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. (**) | Cumple fs 96 | Cumple fs 37 |
| Constancia de Habilitación de Servicio Técnico de dispositivos médicos, emitido por la DNVS. (**) | Cumple Presento por nota de requerimiento | Cumple fs 42 |
| Autorización del fabricante: (**) *Carta Poder otorgada por el fabricante, debidamente legalizada y consularizado, para comercializar el producto ofertado, inscrita en el registro público de comercio o Autorización del Representante y/o Distribuidor Autorizado por el Fabricante demostrando la cadena de autorizaciones hasta el Fabricante. *Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o; *Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante. | Cumple fs 55 al 60 | Cumple Perfil del Prov. Fs 10 al 12 |
| Personal Técnico , se requiere experiencia de 5 años como mínimo (presentar documento respaldatorio), se debe de presentar Certificados y habilitado por el fabricante a realizar servicio técnico a la marca de los equipos ofertados. (**) | Cumple fs 73 | Cumple Presento por nota de requerimiento |
| Catálogo Técnico del equipo ofertado o manual del equipo donde se constate claramente el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. (No se aceptará ningún otro documento en reemplazo) en idioma español o traducido al idioma español por traductor matriculado | Cumple Presento por nota de requerimiento | Cumple fs 15 al 36 |
| Declaración Jurada y/o Certificación emitida por el fabricante o representante de que el equipo ofertado es nuevo, sin uso y no remanufacturado o reacondicionado. | Cumple Presento por nota de requerimiento | Cumple Presento por nota de requerimiento |
| Normas de Calidad Internacionales FDA / CE / JIS / ISO 13485, según requerimiento de Especificaciones Técnicas. (**) | Cumple fs Fs 61 al 70 | Cumple fs 51 al 69 |
| Declaración Jurada de soporte y provisión de repuestos de por lo menos 7 años.- | Cumple Presento por nota de requerimiento | Cumple Presento por nota de requerimiento |
| Registro Sanitario del Equipo.- (**) | Cumple fs 71 al 72 | Cumple fs 43 al 50 |
| Certificado buenas prácticas de fabricación y control, si es de fabricación nacional, y buenas prácticas de almacenamiento y deposito, para los importados. (**) | Cumple fs 97 | Cumple fs 41 |
| Se requiere demostrar que el oferente cuenta con por lo menos 5 años de experiencia de venta y mantenimiento de ecógrafos de la marca ofertada.- | Cumple fs 74 al 95 | Cumple Presento por nota de requerimiento |

Los oferentes **LCM S.A. e IMESE S.A.** cumple con la capacidad técnica requerida, conforme a las documentaciones verificadas.-

4- DOCUMENTOS PARA EVALUAR LA CAPACIDAD FINANCIERA

El Comité de Evaluación procede a solicitar la elaboración del ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS de las Empresas **LCM S.A. e IMESE S.A.**, en el marco de la presente Contratación, a fin de determinar si la misma cuenta con la calificación y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato:

Lic. Carlos A. Cáceres
UNTA - DGAF

Oscar R. Cabanas S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional

Dr. Héctor Miguel Cano Arrieta
Reg. Prof. N° 8.716
Jefe de Serv. de Imágenes
Hospital Nacional Itaugua

Dr. CARLOS A. MANCUELLO S.
Reg. N° 7.144
Jefe de Serv. Ecografía General
Hospital Nacional

COMITÉ DE EVALUACIÓN

I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

Requisito documental para la Evaluación de la Capacidad Financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

| DOCUMENTO REQUERIDO | LCM S.A. | IMESE S.A. |
|---|-----------------------|---|
| a) Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2021, 2022 y 2023.- | Cumple Fs 14 al 34 | Cumple Perfil del Prov. Fs 10 al 12 |
| b) Formulario 106 de los años 2021, 2022 y 2023 para contribuyentes del IRPC/IRE SIMPLE.- | N/A | N/A |
| c) Formulario 104 de los años 2021, 2022 y 2023 para contribuyentes de Renta Personal.- | N/A | N/A |

- Se recibe Memorándum de fecha 20 de Noviembre del 2024, por el cual remite el **ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS**, de las Empresas **LCM S.A. e IMESE S.A.**, las mismas **CUMPLEN** con los Índices Financieros, conforme a lo que establece en el Pliego de Bases y Condiciones; forma parte integral el Informe suscripto por el Lic. Mauro Britz de la UOC N°4, donde el Análisis Financieros de los Balances correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, por la cual determina el cumplimiento de los índices financieros.-

| LCM S.A. | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|--------|---------|
| INDICES FINANCIEROS | | AÑO 2021 | | AÑO 2022 | | AÑO 2023 | | INDICE | RESULT. |
| | | MONTO GS. | PROMEDIO | MONTO GS. | PROMEDIO | MONTO GS. | PROMEDIO | | |
| RATIO LIQUIDEZ | ACTIVO CORRIENTE | 31,661,106,074 | 1.64 | 56,677,638,757 | 3.91 | 45,744,284,630 | 4.58 | 3.38 | CUMPLE |
| | PASIVO CORRIENTE | 19,275,122,321 | | 14,504,621,842 | | 9,980,157,122 | | | |
| ENDEUDAMIENTO | PASIVO TOTAL | 26,162,412,027 | 0.73 | 15,691,881,141 | 0.26 | 15,303,826,136 | 0.27 | 0.42 | CUMPLE |
| | ACTIVO TOTAL | 35,837,534,328 | | 60,511,401,698 | | 56,547,656,947 | | | |
| RENTABILIDAD | UTILIDAD D/IMPUESTOS | 426,853,205 | 0.05 | 34,050,731,212 | 4.04 | 12,403,285,980 | 0.48 | 1.52 | CUMPLE |
| | CAPITAL | 8,000,000,000 | | 8,427,587,065 | | 25,846,538,026 | | | |

| IMESE S.A. | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|--------|---------|
| INDICES FINANCIEROS | | AÑO 2021 | | AÑO 2022 | | AÑO 2023 | | INDICE | RESULT. |
| | | MONTO GS. | PROMEDIO | MONTO GS. | PROMEDIO | MONTO GS. | PROMEDIO | | |
| RATIO LIQUIDEZ | ACTIVO CORRIENTE | 12,413,274,919 | 4.22 | 13,232,651,531 | 6.57 | 13,851,176,192 | 5.75 | 5.52 | CUMPLE |
| | PASIVO CORRIENTE | 2,941,468,974 | | 2,013,218,399 | | 2,407,086,101 | | | |
| ENDEUDAMIENTO | PASIVO TOTAL | 2,941,468,974 | 0.20 | 2,013,218,399 | 0.13 | 2,407,086,101 | 0.15 | 0.16 | CUMPLE |
| | ACTIVO TOTAL | 14,998,623,846 | | 15,672,397,092 | | 16,124,362,120 | | | |
| RENTABILIDAD | UTILIDAD D/IMPUESTOS | 1,927,769,152 | 0.69 | 2,599,773,821 | 0.93 | 1,058,097,326 | 0.38 | 0.66 | CUMPLE |
| | CAPITAL | 2,800,000,000 | | 2,800,000,000 | | 2,800,000,000 | | | |

Lic. Carlos A. Cáceres
UCTA - DGAF

Oscar R. Cabañas S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional

Dr. Héctor Miguel Cano Arrieta
Cep. N° 8.715
Jefe Departamento de imágenes
Hospital Nacional Itaugua

Dr. CARLOS A. MANCUELLO
Reg. N° 7.144
Jefe de Serv. Ecografía General
Hospital Nacional

COMITÉ DE EVALUACIÓN

I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

5- RESUMEN DE LA ADJUDICACIÓN

El Comité Evaluador ha analizado todos los documentos exigidos en el proceso, donde se constata que la empresa **LCM S.A. e IMESE S.A.**, califica en el presente llamado y posee la solvencia técnica, económica y legal.

Por lo expuesto, considerando que todo lo actuado se encuadra dentro de los procedimientos establecidos en los Art. 52 y 53 de la Ley 7021/2022 "De Suministros y Contrataciones Públicas" y artículos 55 del Decreto Reglamentario N° 9823/2023, y se ajusta a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el Comité de Evaluación **RECOMIENDA:** Adjudicar el llamado **Licitación Pública Nacional N° 07/2024 "Adquisición de Ecógrafos para el Hospital Nacional - ID N° 454.505"**, a los oferentes **LCM S.A. e IMESE S.A.**, según el siguiente detalle:


IMESE S.A. - Con RUC N° 80016426-1


| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Características |
|---|----------|-----------------|----------------------|--|
| Ecógrafo Modular (Para el Servicio de Imágenes) | 2 | 335,000,000 | 670,000,000 | marca: ESAOTE fabricante: ESAOTE SPA procedencia: ITALIA |
| Ecógrafo Modular (Para el Servicio de Mastología) | 1 | 326,000,000 | 326,000,000 | marca: ESAOTE fabricante: ESAOTE SPA procedencia: ITALIA |
| Monto Total Adjudicado: | | | 996.000.000.- | |


LCM S.A. - Con RUC N° 80011068-4


| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Características |
|--|----------|-----------------|----------------------|---|
| Ecógrafo Portátil (Para el Servicio de Imágenes) | 1 | 153.600.000 | 153.600.000.- | marca: SONOSCAPE fabricante: SONOSCAPE MEDICAL CORP procedencia: CHINA |
| Monto Total Adjudicado: | | | 153.600.000.- | |

Monto Total Adjudicado del llamado: 1.149.600.000.- Un mil ciento cuarenta y nueve millones seiscientos mil guaraníes.-


Lic. Carlos Cáceres
Representante de la DGAF
M.S.P. y B.S.


Téc. Oscar Cabañas
Representante del Hospital
Nacional de Itauguá


Dr. Héctor Miguel Cano Arrieta
Representante del Hospital
Nacional de Itauguá
Hospital Nacional Itauguá


Dr. Carlos Ariel Mancuello Sánchez
Representante del Hospital
Nacional de Itauguá

- Este presente informe concluye en fecha **20** de Noviembre del 2024.-

Dr. CARLOS A. MANCUELLO S.
Reg. Prof. 7.144
Jefe de Serv. Ecografía General
Hospital Nacional

Ítem N° 1 Ecógrafo Modular (Para el Servicio de Imágenes)

Primera Oferta: LCM S.A.

Análisis del Precio Ofertado:

| Ítem | Descripción | Precio Referencial | Precio Unitario Ofertado | Variación % |
|------|---|--------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | Ecógrafo Modular (Para el Servicio de Imágenes) | 419,341,889 | 272,600,000 | -34.99 |

En fecha 19 de noviembre se remite el requerimiento de composición de precios, por estar fuera del rango aceptado.

En fecha 20 de noviembre se receptiona la respuesta, la que se expone a continuación:

- Solicita composición de precios: **ITEM N° 1**

| N° de ítem | Descripción | Costo del Producto | Costos de Importación | Impuestos | Otros Gastos (Gastos Administrativos) | Utilidad | Total |
|------------|---|--------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|------------|--------------------|
| 1 | Ecógrafo Modular (Para el Servicio de Imágenes) | 141.256.364 | 54.520.000 | 24.781.818 | 22.303.636 | 29.738.182 | 272.600.000 |

El comité considera que el precio del equipo ofertado se encuentra muy por debajo del referencial, ya que los precios van acordes a la tecnología ofertada, y la institución busca equipos de media a alta gama, por la cantidad de pacientes y la complejidad de casos que se manejan, todo esto considerando que el Hospital Nacional es un centro de referencia a nivel país, por lo que se busca seguridad, calidad y velocidad. Motivo por el cual se concluye que la composición de precios presentada, cumple en cuanto al formato requerido, pero el precio del producto ofertado no ofrece garantías de que cumpla con el requerimiento técnico.-

Evaluación Técnica:

En fecha 04 de noviembre se remite solicitud de los catálogos técnicos y la planilla de datos garantizados, en fecha 05 de noviembre se recibe respuesta de la misma con los documentos requeridos, de la cual se resalta los siguientes puntos:

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

ID N° 454505. -

**A: Hospital Nacional
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.**

| Ítem N° 1 - Ecógrafo Modular(para el Dpto. de Imágenes) | |
|--|--------------------------------------|
| Datos Proveídos por el Oferente | |
| 1 - MARCA: | SONOSCAPE |
| 2 - MODELO: | P12 |
| 3 - ORIGEN: | CHINA |
| 4 - DIRECCION WEB DEL FABRICANTE | WWW.SONOSCAPE.COM |
| CRITERIOS DE EVALUACION | SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS |

Firma: _____

Nombre: **CARLOS R. CLARI CAMPS**
En calidad de: **PRESIDENTE**

LCM
LCM Sociedad Anónima
Carlos R. Clari Camps
Presidente

(Firma)
Oscar R. Cabañas S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional

(Firma)
Dr. Héctor Miguel Cano Arrieta
Reg. Prof. N° 8.716
Jefe Departamento de Imágenes
Hospital Nacional Itaugua

(Firma)
Dr. CARLOS A. MANCUELLO S.
Reg. P. N° 7.144
Jefe de Serv. Ecografía General
Hospital Nacional

Catalogo presentado (Folio Pag 21 de la nota de respuesta)



Especificaciones del sistema de ecografía digital Doppler en color P12 Elite

Se constató en el Registro Sanitario presentado que el modelo P12 Elite no está inscripto, así como se observar en figura. (Folio 72 de la carpeta de oferta).-

DIRECCION NACIONAL DE
**VIGILANCIA
SANITARIA**
PARAGUAY

PARAGUAI
**TETÁYGUÁRA REKORESÁIRÁ
ÑANGAREKOHA**
MOAKÁHA

Certificado N°: 004545-01-DM
Denominación Comercial: ECOGRAFO DOPPLER SONOSCAPE
Denominación Genérica/Código ECRI: ANALIZADOR DE ESPECTRO POR EFECTO DOPPLER 16-015
Vencimiento: 07-12-2026

ANEXO

Modelos
SISTEMA DE ULTRASONIDO DIGITAL DE COLOR PORTATIL: S8N, S6N, S2N
SISTEMA DE ULTRASONIDO DIGITAL DE COLOR EN CARRO: S22EXP, S22PRO,
S22, S20PLUS, M22, S-REVO, P60EXP, P60PRO, P60CV, P60, P70T, P70S, P60S,
P60VO, P55, P55 ELITE, P55S, P50T, P50 ELITE, P50E, P40T, P40ELITE, P40E,
P30T, P30ELITE, P30E, P25S, P22S, S12EXP, S12PRO, S12, S11 PLUS, M12, S10,
S10PRO, S10PLUS, S11S, M11S, S11V, S12S, P50EXP, P50PRO, P50S, P50, P47,
P50PLUS, P50VO, P55N, P40EXP, P40PRO, P40S, P40, P37, P40PLUS, P40N, P45N,
P30EXP, P30PRO, P30S, P30, P27, P30PLUS, P30N, P35N, S70EXP, S70, S70PRO,
S70S, S70VO, S60S, S60N, S9EXP, S9PRO, S9, S8EXP, S7, SSI-980, S6S, S2S,
S50EXP, S50, S50PRO, S40PLUS, S-MASO, S50CV, S50 VO, S20EXP, S20PRO, S20,
S15, M15, P20, P20 PRO, P15, P22, P25, P10PLUS, P30VO, P40VO, S40EXP,
S40PRO, S40S35, S60EXPERT, S60CLASSIC, S60NOV, S60SUPER, S60SPECI,
S60ELITE, S-LIGHT, P10EXP, P10PRO, P10, P18, P16, P12, P11, M10, P9EXP, P9
PRO, P9, E30S, E40S, S30 EXP, S30 PRO, S30, S25, M30, S30S, S29S, S26S, S25S,
S22S, S20S, S15S, E5EXP, E5, E5PRO, E3EXP, E3, E3PRO, E2EXP, E2, E2PRO,
E1EXP, E1, E1PRO, S60EXP, S60, S60PRO, S60VO, S60MASO, S59, S70N, S50S,
S50 PLUS, S50ELITE, S5S, X3EXP, X3, X3 PRO, X3 PLUS, X2PLUS, X1EXP, X1,
X1PRO.

En fecha 06 de noviembre se vuelve a remitir otro requerimiento, en el cual se pide Catálogos completos, ya que en el primer requerimiento se remitió partes de ellos, y no se podía evaluar de la mejor manera, además se solicita una aclaración con respecto a su oferta del ítem N° 1,

Dr. CARLOS A. MANQUELO S.
Reg. P. N° 7.144
Jefe de Serv. Ecografía General
Hospital Nacional

Oscar R. Cabañas S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional

Dr. Héctor Miguel Cano Arrieta
Reg. Prof. N° 8.716
Jefe Departamento de Imágenes
Hospital Nacional Itaugua

COMITÉ DE EVALUACIÓN I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

ya que en la planilla de datos garantizados presentada, el modelo ofertado es el "P12", sin embargo en la caratula del catálogo remitido se observa que el modelo es el "P12 Elite". Se recibe respuesta en fecha 07 de noviembre, la que se detalla a continuación.-

Donde solicitan:

- Catálogo Técnico del equipo ofertado o manual del equipo donde se constate claramente el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones, en idioma español o traducido al idioma español por traductor matriculado.
Observación: Se solicita el catálogo completo de los equipos ofertados, ya sea de forma física y/o digital. Al tener la información completa se podrá evaluar de mejor manera. -
- **Se adjunta catálogo y manual completo de los equipos ofertados en forma digital donde se constata el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.**
- Se requiere una aclaración con respecto a su oferta del ítem N° 1 Ecógrafo Modular (para el Dpto. de Imágenes) En la Planilla de Datos Garantizados presentada, el modelo es el P12, sin embargo, en la caratula del catalogo remitido se observa que el modelo es el P12 Elite", por lo que se requiere la aclaración del modelo ofertado.
- **Se aclara suficientemente que el Modelo es de la Serie P12, tal como se indica en el cuadro de Especificaciones Técnicas y Planilla de Datos Garantizados presentados, sin embargo, el fabricante identifica para el mismo modelo, diferentes aplicaciones de Software, entre ellas el descrito en el catálogo como "Elite", aplicación con la que se cumplen las especificaciones solicitadas. Por tanto, el equipo cotizado es de la marca Sonoscape, Modelo P12, con las aplicaciones del Software Elite.**

Se realizó la verificación de la existencia del modelo P12:

- Manual de usuario provisto por la empresa se constató la existencia del modelo P12 Elite, pero no del modelo P12.

Acerca de este Manual

Ref: 4710-03430A01

Modelo de producto: P12 Exp/P12 Elite/P12 Pro/R12/P12N/P11 Exp/P11 Elite/P11 Pro/R11/P11N/P10 Elite/P10N/R10/P9 Elite/M11/R9

Fecha de publicación: julio de 2022

Copyright © 2022 SonoScape Medical Corp. Todos los derechos reservados.

- Pagina www.sonoscape.com en la cual el unico modelo ofertado es P12 Elite
- Documentos de certificación de la FDA en pagina foliada Nro 15 se constato la existencia de la serie P12 Elite y el modelo P12 Elite pero no logramos ubicar el modelo P12 ni la serie P12.-

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Food and Drug Administration

Form Approved: OMB No. 0910-0120
Expiration Date: 06/30/2023
See PRA Statement below.

Indications for Use

510(k) Number (if known)
K221089

Device Name
P12 Elite Series Digital Color Doppler Ultrasound System

Indications for Use (Describe)

The P12 Elite Series Digital Color Doppler Ultrasound System (P12 Exp, P12 Elite, P12 Pro, R12, P12N, P11 Exp, P11 Elite, P11 Pro, R11, P11N, P10 Elite, P10N, R10, P9 Elite, M11, R9) is a general-purpose ultrasonic imaging instrument intended for use by a qualified and trained physician for ultrasound imaging, measurement, display and analysis of the human body and fluid, which is intended to be used in a hospital or medical clinic. The system is applicable for people who need clinical ultrasound examination. Age, weight, health condition and race are unlimited.
The system is intended for use in the following clinical applications: Fetal, Abdominal, Pediatric, Small Organ (breast, testes, thyroid), Cephalic (neonatal and adult), Trans-rectal, Trans-vaginal, Peripheral Vascular, Cerebral Vascular, Musculo-skeletal (Conventional and Superficial), Cardiac (pediatric and adult), Trans-esoph (Cardiac), Laparoscopic, OB/Gyn and Urology.

Modes of operation include: B, M, PW Doppler, CW Doppler, Color Doppler, Color M Doppler, Power Doppler, Directional Power Doppler, Tissue Harmonic Imaging, Tissue Doppler Imaging, 3D/4D Imaging mode, Elastography, Contrast and Combined modes: B/M, B/PWD, B/THI, M/Color M, B/Color Doppler, B/Color Doppler/PWD, B/Power Doppler/PWD.

Dr. CARLOS A. MANCUELLO S.
Reg. P. N. 7144
Jefe de Serv. Ecografía General
Hospital Nacional

José R. Cabañas S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional

Dr. Hector Miguel Cano Arrieta
Reg. P. N. N° 8.715
Jefe Departamento de Imágenes
Hospital Nacional Itaugua

COMITÉ DE EVALUACIÓN I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

El comité evaluador decide no continuar con la evaluación técnica, ya que el modelo ofertado es el P12, pero el catalogo remitido es el del modelo P12 Elite, el cual no figura en el Registro Sanitario remitido.

El comité desestima la primera oferta por los motivos expuestos, en cuanto a precio y evaluación técnica, se procedera a evaluar la siguiente oferta.-

Segunda Oferta: IMESE S.A.

Análisis del Precio Ofertado:

| Ítem | Descripción | Precio Referencial | Precio Unitario Ofertado | Variación % |
|------|---|--------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | Ecógrafo Modular (Para el Servicio de Imágenes) | 419,341,889 | 335,000,000 | -20.11 |

El precio ofertado se encuentra dentro del rango aceptado por el Pliego de Bases y Condiciones del llamado, no se requiere la composición de precios.-

Evaluación Técnica:

En fecha 06 de noviembre se remite solicitud de la planilla de datos garantizados, en fecha 07 de noviembre se recibe respuesta de la misma con la documentación requerida, de la cual se resalta los siguientes puntos:


Marca: ESAOTE

Modelo: MYLAB A50

Origen: Italia

Junto con la Planilla de Datos Garantizados envía todas las copias de las certificaciones requeridas, así también es parte de la documentación remitida una copia inextensa del catálogo actualizado del equipo.-

Catalogo presentado (Folio Pag 15 de la carpeta de oferta).-



Se realiza la verificación pormenorizada de los datos expuestos en la Planilla de Datos Garantizados, con el catalogo presentado, el cual cumple con todos los requerimientos de las bases del llamado.-

Dr. CARLOS A. MANUELLO S.
Reg. P. N° 7.144
Jefe de Serv. Ecografía General
Hospital Nacional

Joscar R. Cabañas S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional

Dr. Héctor Miguel Cano Arrieta
Reg. P. N° 8.716
Jefe Departamento de Imágenes
Hospital Nacional Itaugua

COMITÉ DE EVALUACIÓN I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

Así también se verifica el Registro Sanitario presentado que el modelo MYLAB A50, el cual se encuentra inscripto.-

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA PARAGUAY</p> | | <p>PARAGUAI TETÁYGUÁRA REKORESÁIRÁ ÑANGAREKOHA MOAKÁHA</p> | |
| <p>MYLABX90 MYLABOMEGA EXP MYLABA50 MYLABA70 Material de Composición: N/A Presentación: UNIDAD DE VENTA: 1 (UN) ECÓGRAFO ESAOTE MÁS ACCESORIOS POR CAJA DE CARTÓN O MADERA (DEPENDIENDO DEL MODELO). Plazo de Vida Útil: 10 AÑOS Condición de Venta: VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS</p> | | <p>0636744</p> | |
| <p>Titular: IMESE S.A. Director Técnico: CÉSPEDES ROA MARÍA GABRIELA Elaborador Alternativo: NO.157 SHAN-YING ROAD, SHAN-TING LI, GUEISHAN DIST, TOAYUAN CITY, TAIWAN R.O.C., TAoyUAN CITY, TAIWAN por QSIDA CORPORATION Fabricado para ESAOTE S.P.A. Elaborador Producto Final: VIA MELEN 77, 16152, GÉNOVA, ITALIA, GÉNOVA, ITALIA por ESAOTE S.P.A.</p> | | <p>Asunción 20 de Septiembre de 2024.</p> | |
| <p>1.7</p> | | <p>SANDRA MARIA Firmado digitalmente por SANDRA MARIA VANESSA VANESSA BAREIRO DE BAREIRO DE OVIEDO Fecha: 2024.09.20 11:05:11 -0400'</p> | |

Evaluado técnicamente el equipo ofertado por la firma IMESE S.A., la misma CUMPLE con las especificaciones técnicas, y cuenta con la documentación requerida conforme al P.B.C., por lo cual es aceptado por el Comité de Evaluación para continuar verificando los demás criterios.-

Ítem N° 2 Ecógrafo Modular (Para el Servicio de Mastología)

Primera Oferta: LCM S.A.

Análisis del Precio Ofertado:

| Ítem | Descripción | Precio Referencial | Precio Unitario Ofertado | Variación % |
|------|---|--------------------|--------------------------|-------------|
| 2 | Ecógrafo Modular (Para el Servicio de Mastología) | 415,666,667 | 311,750,000 | -25.00 |

El precio ofertado se encuentra dentro del rango aceptado por el Pliego de Bases y Condiciones del llamado, no se requiere la composición de precios.-

Evaluación Técnica:

En fecha 04 de noviembre se remite solicitud de los catálogos técnicos y la planilla de datos garantizados, en fecha 05 de noviembre se recibe respuesta de la misma con los documentos requeridos, de la cual se resalta los siguientes puntos:

Dr. CARLOS A. MANCUELLO S.
Reg. P. 7.144
Jefe de Serv. Ecografía General
Hospital Nacional

Oscar R. Cabañas S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional

Dr. Hector Miguel Cano Arrieta
Reg. Prof. N° 8.715
Jefe Departamento de Imágenes
Hospital Nacional Itaugua

COMITÉ DE EVALUACIÓN I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

ID N° 454505. -

A: *Hospital Nacional*
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

| Ítem N° 2 - Ecógrafo Modular(para el Servicio de Mastología) | |
|---|--------------------------------------|
| Datos Proveídos por el Oferente | |
| 1 - MARCA: | SONOSCAPE |
| 2 - MODELO: | P40 ELITE |
| 3 - ORIGEN: | CHINA |
| 4 - DIRECCION WEB DEL FABRICANTE | WWW.SONOSCAPE.COM |
| CRITERIOS DE EVALUACION | SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS |

Firma:  **LCM**
LCM Sociedad Anónima
Carlos R. Clari Camps
Presidente

Nombre: **CARLOS R. CLARI CAMPS**
En calidad de: **PRESIDENTE**

Al realizar la verificación general de las especificaciones técnicas, nos genera dudas algunos puntos sobre los traductores, motivo por el cual se realizó la siguiente consulta:

Consulta remitida en fecha 13 de noviembre, la misma fue respondida en fecha 14 de noviembre, del cual se extrae el siguiente punto:

- En ningún documento remitido se pudo constatar que los traductores son compatibles para estudio de elastografía, se sugiere anexar catálogo de los traductores ofertados.

Respuesta: Favor notar que en las aclaraciones anteriores hemos indicado y resaltado este cumplimiento tal cual se observa en las aclaraciones con folio Nro. 000035, hemos indicado;

| | | | |
|--|--------|--|-------------------------------------|
| 2. Función de Elastografía cualitativa y cuantitativa compatible con transductores Lineales, convexos y endocavitarios | CUMPLE | Elastografía de compresión. Imagen de elastografía de compresión. Disponible con sonda: Lineal, Convexa, Endocavitaria | Especificaciones P40 Elite: pág 16. |
|--|--------|--|-------------------------------------|

Y en el folio Nro. 000071, hemos señalado y resaltado los siguiente;


6.17 C-xlavo (Elastografía de compresión)


- Imagen de elastografía de compresión
- Inversión de tiempo en el dibujo. Líneaal, Convexa, Endocavitaria
- Formato de visualización: simultánea, única
- Visualización de la imagen de la izquierda y derecha
- Visualización del mapa: ajuste independiente del mapa izquierdo y derecho
- Disponibles con sondas: Lineal, Convexa, Endocavitaria



LCM
Sociedad Anónima
Lic. Daniel Samaniego
Gerente de Licitaciones

No obstante, a todo lo indicado en el párrafo anterior, en la presente respuesta a las aclaraciones, adjuntamos el catálogo completo de la línea de transductores disponibles para el Sonoscape Modelo P40 Elite, en donde resaltamos lo solicitado en cada transductor lineal cotizado con el equipo, de manera a certificar el cumplimiento de la especificación solicitada en relación a ELASTOGRAFÍA. Se adjunta traducción al español por Traductor Público Matriculado.


A continuación, se comparte parte del catálogo en la que describe los traductores ofertados:


Dr. CARLOS A. MANCUELLO S.
Reg. P. N° 7.144
Jefe de Servicio de Ecografía General
Hospital Nacional



Oscar R. Cabañas S.
Encargado Interno de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional


Dr. Hector Miguel Cano Arrieta
Reg. P. N° 8.716
Jefe Departamento de Imágenes
Hospital Nacional Itaugua

COMITÉ DE EVALUACIÓN I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024



| 12L-B Transducer | |
|------------------------------|--|
| Frequency Range: | 3-19MHz |
| Number of Elements: | 192 |
| Lens Size: | 42*7mm |
| Scanning Depth: | ≥100mm |
| FOV: | 38mm |
| Biopsy Guide: | NGB12L-B (Biopsy Bracket for 12L-B) |
| Exam Types: | Carotid, Artery, Vein, Thyroid, Breast, Testicular, Superficial, MSK, ABD |
| Intended Applications | Breast, Cerebrovascular, Emergency Medicine, Musculoskeletal, Orthopedic, Peripheral Vascular, Testicle, Thyroid, Venous |
| Design Attributes: | <ul style="list-style-type: none"> • Ultrawideband linear transducer • Composite crystals contributing higher sensitivity, higher S/N ratio and better penetration • Multiple Adaptive layers • Advanced technologies including Micro F, Bright Flow, Compression Elastography, Panoramic, Vis-Needle, Trapezoidal |



| 12L-A Transducer | |
|-------------------------------|--|
| Frequency Range: | 3-17MHz |
| Number of Elements: | 256 |
| Lens Size: | 55*8mm |
| Scanning Depth: | ≥100mm |
| FOV: | 51mm |
| Biopsy Guide: | NGB12L-A (Biopsy Bracket for 12L-A) |
| Exam Types: | Carotid, Artery, Vein, Thyroid, Breast, Testicular, Superficial, MSK, ABD |
| Intended Applications: | Breast, Cerebrovascular, Emergency Medicine, Musculoskeletal, Orthopedic, Peripheral Vascular, Testicle, Thyroid, Venous |
| Design Attributes: | <ul style="list-style-type: none"> • Ultrawideband linear transducer • Composite crystals contributing higher sensitivity, higher S/N ratio and better penetration • Multiple Adaptive layers • Advanced technologies including Micro F, Bright Flow, Compression Elastography, Panoramic, Vis-Needle, Trapezoidal |

Con lo que cumple la compatibilidad de estos a la elastografia.

Para constatar la existencia de los transductores ofertados se realiza la verificación de la página www.sonoscape.com en la que se visualiza su existencia y que son compatibles con las series E, X, P, S.

Teniendo en cuenta que la empresa oferto los modelos E3 y P12 Elite realizamos comparaciones de catalógalos constando la diferencia de frecuencia existente entre los ofertados en el modelo P12 Elite y E3 en el transductor 12L-B como se muestra en la siguiente tabla

| Modelo del Transductor | P-40 Elite (MHz) | P-12 Elite (MHz) | E3 (MHz) |
|------------------------|------------------|------------------|----------|
| 9L-A | 2-13 | 2-13 | 2-13 |
| 12L-B | 3-19 | 3-17 | 3-17 |
| 3C-A | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
| C613 | 4-13 | 4-13 | 4-13 |
| C322 | 2-7 | 2-7 | 2-7 |

Dr. Hector Miguel Cano Arrieta
Reg. Prof. N° 8.716
Jefe Departamento de Imágenes
Hospital Nacional Itaugua

Oscar R. Cabañas S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional

Dr. CARLOS M. MANCUELLO S.
Reg. N° 7.144
Jefe de Servicio de Ecografía General
Hospital Nacional

COMITÉ DE EVALUACIÓN I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

Por lo que realizamos la siguiente consulta


Consulta remitida en fecha 18 de noviembre, la misma fue respondida en fecha 19 de noviembre, del cual se extrae el siguiente punto:

- Se requiere aclaración respecto al Traductor lineal 12L-B, en cuanto al rango de frecuencia del equipo, considerando que se encontró una diferencia entre un equipo y otros, la que se detalla a continuación:
 - Observando el Catalogo Técnico remitido, en el Ítem N° 2 Ecógrafo Modular (para el servicio de Mastología), el rango de frecuencia es de: 3,0 – 19,0 Mhz.-
 - Mientras en el Catalogo Técnico remitido, en el Ítem N° 3 Ecógrafo Portátil (para el Dpto. de Imágenes), el rango de frecuencia es de: 3,0 – 17,0 Mhz.-


Se requiere la aclaración de por qué el mismo traductor que es compatible para ambos equipos, podría tener diferentes frecuencias.-

Respuesta:


Respuesta: Se aclara suficientemente, que, si bien la descripción señala el mismo modelo de transductor para ambos equipos, los productos son diferentes, y en cada equipo alcanzan rangos diferentes de frecuencia.



Lic. Daniel Samaniego


A continuación, además, presentamos una imagen de ambos transductores con que contamos en stock, por una parte, la utilizada con el modelo P40 ELITE y otra, la utilizada con el equipo portátil E3, en donde se refleja que son el mismo modelo de transductor, pero diferentes para cada equipo, y por supuesto con diferentes rangos de frecuencia en cada modelo.



La empresa no adjunto ningún documento oficial en el cual se constate la diferencia en la construcción de cristales o variación de la frecuencia de trabajo del modelo de transductor 12L-B para las series modelos de ecógrafos para los cuales son compatibles, tampoco se pueden constatar en la página www.sonoscape.com, ni en los documentos de certificaciones remitidas en los que se menciona dicho modelo de transductor.


Dr. CARLOS A. MANCHEGO S.
Reg. N° 7.143
Jefe de Servicio de Ecografía General
Hospital Nacional


Dr. Héctor Miguel Cano Arrieta
Reg. N° 2.719
Jefe de Departamento de Imágenes
Hospital Nacional Itaugua


Oscar R. Cabañas S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional


COMITÉ DE EVALUACIÓN I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

Respecto a su respuesta que son productos diferentes con distintos conectores no garantiza la construcción de cristales o frecuencia de trabajo diferentes. Y es muy extraño que sea el único transductor con frecuencia diferente entre los citados en la tabla 3-

Además, se realizó investigaciones en internet en otras casas representantes de la marca en Sonoscape Bolivia (<https://sonoscapebolivia.com/product/0e8c8e50-2b94-11ed-a7fe-e3f50c0f8428/lineal-12l-b.html>) se pudo acceder a la siguiente característica

Por lo que se determina que el transductor lineal 12L-B no cumple con las especificaciones solicitadas

Lineal 12L-B



Transductor Lineal modelo 12L-B, con frecuencia de 3-17 MHz

El comité también se percató de las contradicciones en las certificaciones del equipo con respeto CE y de la antigüedad del catálogo remitido y de que el manual de usuario remitido no correspondía al P40 elite. Por lo que realizo el pedido de actualización


- Se requiere la remisión del Catálogo Técnico actualizado del equipo ofertado o manual actualizado, correspondiente al ítem N° 2 Ecógrafo Modular (para el servicio de Mastología).

Respuesta: Hemos insistido en reiteradas ocasiones con el fabricante la provisión del Catálogo Técnico actualizado del modelo cotizado en el ítem N° 2, y lastimosamente hasta el momento no nos han brindado. Sin embargo, queremos dejar constancia de que el equipo cotizado cumple con los certificados de calidad solicitados y que corresponden de igual manera a un equipo nuevo y no remanufacturado, y con las últimas versiones de hardware y software que cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

- Se requiere la remisión del Catálogo Técnico actualizado del equipo ofertado o manual actualizado, correspondiente al ítem N° 3 Ecógrafo Portátil (para el Dpto. de Imágenes).

Respuesta: Se adjunta Catálogo Técnico Rev. A07 - FECHA: 2024-03-12.

El catálogo remitido

| Título | | Especificaciones técnicas de la serie P40 Elite | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|
| Este documento contiene información de propiedad intelectual que es propiedad de SonoScape Medical Corp. y está protegida por la ley. Ni el documento ni la información que contiene deben utilizarse o reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento previo por escrito de SonoScape Medical Corp. | | | |
|  Manufacturer: SonoScape Medical Corp. | Número de documento: 901-08212 | | Número de distribución: |
| | Versión: A02 | Fecha de entrada en vigor: 2021/6/28 | Página Página 1 de 25 |

Dr. CARLOS A. MANCUELO S.
Revisado por *[Signature]*
Jefe de Serv. Ecografía General
Hospital Nacional

[Signature]
Dr. Héctor Miguel Cano Arrieta
Jefe Departamento de imágenes
Hospital Nacional Itaugua

[Signature]
Oscar R. Cabañas S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional

COMITÉ DE EVALUACIÓN I.D. N° 454.505 - L.P.N. N° 07/2024

Las certificaciones según el catálogo, es importante acotar que la directiva 93/42/CEE de la UE sobre productos sanitarios ya no se encuentra vigente.

12 Seguridad y Certificación

- Certificación: ISO 9001, ISO 13485
- Cumplir:
 - EN 60601-1 e IEC 60601-1
 - EN 60601-1-2 e IEC 60601-1-2
 - EN 60601-1-6 e IEC 60601-1-6
 - EN 60601-2-37 e IEC 60601-2-37
 - EN 62304 e IEC 62304
 - EN 62366-1 e IEC 62366-1
- Anuncio CE: este sistema cumple la Directiva 93/42/CEE de la UE sobre productos sanitarios. El código (0197) que sigue al logotipo CE es el número del organismo notificado por la UE, que demuestra que el sistema cumple la Directiva 93/42/CEE.

Los modelos que incluían el manual remitido

Acerca de este Manual

Ref: 4710.01693A02

Modelo de producto: P40/P40 Pro/P40 Exp/P40S/P37

Fecha de publicación: 2019-06

Copyright © 2017-2019 SonoScape Medical Corp. Todos los derechos reservados.

El comité desestima la primera oferta por los motivos expuestos, en cuenta a evaluación técnica, se procedera a evaluar la siguiente oferta.-

Segunda Oferta: IMESE S.A.

Análisis del Precio Ofertado:

| Ítem | Descripción | Precio Referencial | Precio Unitario Ofertado | Variación % |
|------|---|--------------------|--------------------------|-------------|
| 2 | Ecógrafo Modular (Para el Servicio de Mastología) | 415,666,667 | 326,000,000 | -21.57 |

El precio ofertado se encuentra dentro del rango aceptado por el Pliego de Bases y Condiciones del llamado, no se requiere la composición de precios.-

Evaluación Técnica:

En fecha 06 de noviembre se remite solicitud de la planilla de datos garantizados, en fecha 07 de noviembre se recibe respuesta de la misma con la documentación requerida, de la cual se resalta los siguientes puntos:

Marca: ESAOTE

Modelo: MYLAB X6

Origen: Italia

Junto con la Planilla de Datos Garantizados envía todas las copias de las certificaciones requeridas, así también es parte de la documentación remitida una copia inextensa del catálogo actualizado del equipo.-

Se realiza la verificación pormenorizada de los datos expuestos en la Planilla de Datos Garantizados, con el catalogo presentado, el cual cumple con todos los requerimientos de las bases del llamado.-

Evaluado técnicamente el equipo ofertado por la firma IMESE S.A., la misma CUMPLE con las especificaciones técnicas, y cuenta con la documentación requerida conforme al P.B.C., por lo cual es aceptado por el Comité de Evaluación para continuar verificando los demás criterios.-

Dr. CARLOS A. MANCUELLO S.
Reg. N° 7.144
Jefe de Servicio de Radiología General
Hospital Nacional

Dr. Héctor Miguel Cano Arrieta
Reg. Prof. N° 8.716
Jefe Departamento de Imágenes
Hospital Nacional Itaugua

Oscar R. Cabañas S.
Encargado Interino de la
Laboratorio
Nacional

Ítem N° 3 Ecógrafo Portátil (Para el Servicio de Imágenes)

Primera Oferta: LCM S.A.

Análisis del Precio Ofertado:

| Ítem | Descripción | Precio Referencial | Precio Unitario Ofertado | Variación % |
|------|--|--------------------|--------------------------|-------------|
| 3 | Ecógrafo Portátil (Para el Servicio de Imágenes) | 194,766,667 | 153,600,000 | -21.14 |

El precio ofertado se encuentra dentro del rango aceptado por el Pliego de Bases y Condiciones del llamado, no se requiere la composición de precios.-

Evaluación Técnica:

En fecha 04 de noviembre se remite solicitud de los catálogos técnicos y la planilla de datos garantizados, en fecha 05 de noviembre se recibe respuesta de la misma con los documentos requeridos, de la cual se resalta los siguientes puntos:

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

ID N° 454505. -

A: **Hospital Nacional**
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

| Ítem N° 3 - Ecógrafo Portátil (para el Dpto. de Imágenes) | |
|--|--------------------------------------|
| Datos Proveídos por el Oferente | |
| 1 - MARCA: | SONOSCAPE |
| 2 - MODELO: | F3 |
| 3 - ORIGEN: | CHINA |
| 4 - DIRECCIÓN WEB DEL FABRICANTE | WWW.SONOSCAPE.COM |
| CRITERIOS DE EVALUACION | SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS |

LCM
LCM Sociedad Anónima
Carlos R. Clari Camps
Presidente

Firma:

Nombre: **CARLOS R. CLARI CAMPS**
En calidad de: **PRESIDENTE**

Junto con la Planilla de Datos Garantizados envía todas las copias de las certificaciones requeridas, así también es parte de la documentación remitida el catálogo actualizado del equipo.-

Se realiza la verificación pormenorizada de los datos expuestos en la Planilla de Datos Garantizados, con el catalogo presentado, el cual cumple con todos los requerimientos de las bases del llamado.-

Evaluado técnicamente el equipo ofertado por la firma LCM S.A., la misma CUMPLE con las especificaciones técnicas, y cuenta con la documentación requerida conforme al P.B.C., por lo cual es aceptado por el Comité de Evaluación para continuar verificando los demás criterios.-

Dr. CARLOS A. MANCUELLO S.
Reg. P. N° 7.144
Jefe de Serv. Ecografía General
Hospital Nacional

Dr. Héctor Miguel Cano Arrieta
Reg. P. N° 8.716
Jefe Departamento de Imágenes
Hospital Nacional Itaugua

Oscar R. Cabañas S.
Encargado Interino de la
Sección de Laboratorio
Hospital Nacional