

licitación pública nacional n° 03/24 "ADQUISICION DE VENTILADORES PULMONARES PARA UTI Y ECOGRAFOS PARA PERINATOLOGIA DEL IPS", CON ID N° 449.986.-

| Grupo 1 - ADQUISICION DE VENTILADORES PULMONARES PARA UTI Y ECOGRAFOS PARA PERINATOLOGIA DEL IPS | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------------|----------------------------|---|----------|--------------------------------|---------------|---|--------------------|-------------|---|
| OFERTENTES | Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características | Precio Referencial | % Variación | OBSERVACIONES |
| FALCON COM & IND S.A. | 2 | 42272223-006 | Kits de aparato respirador | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1500 | 410.000 | 615.000.000 | marca: MAGNAMED fabricante: MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A procedencia: BRASIL | 419.722 | -2% | Cumple las Especificaciones Técnicas Solicitadas, conforme al PBC. Se sugiere descalificar. |
| BIOERIX S.A. | 2 | 42272223-006 | Kits de aparato respirador | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1500 | 410.000 | 615.000.000 | marca: Leistung fabricante: Leistung Ingenieria S.R.L. procedencia: Argentina | 419.722 | -2% | No Cumple con las Especificaciones Técnicas Solicitadas conforme al PBC. Se sugiere descalificar. |
| LCM SOCIEDAD ANONIMA | 2 | 42272223-006 | Kits de aparato respirador | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1500 | 362.670 | 544.005.000 | marca: VADI fabricante: VADI MEDICAL TECNOLOGY CO., LTD. procedencia: TAIWAN | 419.722 | -14% | Cumple con las Especificaciones Técnicas Solicitadas conforme al PBC. Se sugiere ADJUDICAR |
| FALCON COM & IND S.A. | 3 | 42201718-001 | Ecografo | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 5 | 1.056.000.000 | 5.280.000.000 | marca: MINDRAY fabricante: Mindray Medical International Limited procedencia: China | 1.115.595.871 | -5% | No cumple las Especificaciones Técnicas Solicitadas conforme al PBC. Se sugiere descalificar. |

D. Carlos R. Viveros
Kouyano
Mat. C. S. J. N° 44.961

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

LPN 03/24 - ID: 449.986.-



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/24 "ADQUISICION DE VENTILADORES PULMONARES PARA UTI Y ECOGRAFOS PARA PERINATOLOGIA DEL IPS", CON ID N° 449.986.-

Grupo 1 - ADQUISICION DE VENTILADORES PULMONARES PARA UTI Y ECOGRAFOS PARA PERINATOLOGIA DEL IPS

| OFERENTES | Ítem | Código Catálogo | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | Características | Precio Referencial | % Variación | OBSERVACIONES |
|----------------------|------|-----------------|-------------|---|----------|--------------------------------|---------------|---|--------------------|-------------|---|
| BIOERIX S.A. | 3 | 42201718-001 | Ecografo | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 5 | 967.780.000 | 4.838.900.000 | marca: Mindray fabricante: Shenzhen. Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD. procedencia: China | 1.115.595.871 | 13% | No cumple las Especificaciones Técnicas Solicitadas, conforme al PBC. Se sugiere descalificar. |
| ECM SOCIEDAD ANONIMA | 3 | 42201718-001 | Ecografo | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 5 | 921.602.000 | 4.608.010.000 | marca: SONOSCAPE fabricante: SONOSCAPE MEDICAL CORP. procedencia: CHINA | 1.115.595.871 | -17% | Cumple con las Especificaciones Técnicas Solicitadas conforme al PBC. Se sugiere ADJUDICAR |

| OFERENTES | PRECIO REFERENCIAL TOTAL | PRECIO TOTAL COTIZADO | % Variación | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--|
| FALCON COM & IND S.A. | 12.154.985.683 | 10.463.000.000 | -14% | No cumple las Especificaciones Técnicas Solicitadas, conforme al PBC. Se sugiere descalificar |
| BIOERIX S.A. | 12.154.985.683 | 10.967.404.000 | -10% | No cumple las Especificaciones Técnicas Solicitadas, conforme al PBC. Se sugiere descalificar |
| LCM SOCIEDAD ANONIMA | 12.154.985.683 | 11.042.963.800 | -9% | Cumple con las Especificaciones Técnicas Solicitadas conforme al PBC. Se sugiere ADJUDICAR |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Warlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pedro R. Viveros
 Abogado
 MAIL: C.A.S. N° 49.351

LPN 03/24 - ID: 449.986.-

0000480



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/24 "ADQUISICION DE VENTILADORES PULMONARES PARA UTI Y ECÓGRAFOS PARA PERINATOLOGÍA DEL IPS", CON ID N° 449.986.-

Análisis del precio ofertado:

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

En este punto, el Comité de Evaluación ha verificado los precios ofertados y las mismas se encuentran en el rango establecido por la DNCP.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTACIONES TÉCNICAS

| OFERENTE | BIOERIX S.A. | LCM SOCIEDAD ANONIMA | FALCON COM & IND S.A. |
|---|--------------|----------------------|-----------------------|
| Capacidad Técnica | | | |
| Requisitos documentales para evaluar el presente criterio: | | | |
| 1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Bienes/Servicios, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2019 2020 2021 2022 y 2023). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3. Carta de Distribuidor o Representante exclusivo de la marca | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| a) Autorización del fabricante: | | | |
| 1-Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal. | | | |
| 2-Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

Rodrigo R. Viveros
 Abogado
 No. C.C.U. N° 414.961