



CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/25 “ADQUISICION URGENTE DE VALVULA AORTICA TRANSCATETER TAVI, CON KIT DE INSUMOS COMPLETO PARA SU INTERVENCION PARA LA SRA. GUILLERMINA CANDIA DE ZARACHO CON CI N° 2.508.516 - AMPARO JUDICIAL” ID N° 469.907.

CODEX S.R.L.			
CUADRO DEMOSTRATIVO DE FACTURACIONES Y/O RECEPCIONES FINALES DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS (2019 - 2020- 2021 - 2022 - 2023)			
AÑO	CONTRATO Y/O FACTURA	MONTO	
2024	3864/2024	275.000.000	
TOTAL		275.000.000	CUMPLE
MONTO DE LA OFERTA		245.000.000	
50 % DE LA OFERTA		157.500.000	

JACK FACK S.R.L			
CUADRO DEMOSTRATIVO DE FACTURACIONES Y/O RECEPCIONES FINALES DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (2019 - 2020- 2021 - 2022 - 2023)			
AÑO	CONTRATO Y/O FACTURA	MONTO	
2024	42422024	270.000.000	
2024	44442/2024	270.000.000	
TOTAL		540.000.000	CUMPLE
MONTO DE LA OFERTA		280.000.000	
50 % DE LA OFERTA		157.500.000	

IX. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

EMPRESA	ÍTEM	COD SIH	CODIGO SAP	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS	TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL	CARACTERÍSTICAS	PRECIO REFERENCIAL	VARIACIÓN	OBS
CODEX S.R.L	1	11351	11003470	42296000-9996	Valvula Cardiaca Transcateter	unidad de medida: Unidad presentación: Unidad	SIN CONTRATO ABIERTO	1	281.885.000	281.885.000	marca: Evolut Medtronic fabricante: Medtronic procedencia: USA - Holanda-México-Irlanda	245.000.000	15%	No cumple con las EETT. Se sugiere descalificar por informe médico
JACK FACK S.R.L	1	11351	11003470	42296000-9996	Valvula Cardiaca Transcateter	unidad de medida: Unidad presentación: Unidad	SIN CONTRATO ABIERTO	1	281.885.000	281.885.000	marca: Boston Scientific fabricante: Boston Scientific procedencia: Brasil/Suiza/Irlanda	280.000.000	1%	Cumple con todas la documentaciones requeridas en el PBC y las EETT. Se sugiere adjudicar por informe médico

Diego Ramírez
Abogado
Mat. C.S.S. N° 57813

Carolina Irrazabal
Planificación de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. - IPS

HOSPITAL CENTRAL IPS
Dra. Silvia Vinader
Reg. Prof. N° 9.355 - Cardióloga Intervencionista
Medico de Planta
Servicio de Hemodinamia



000075

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 09/25 "ADQUISICION URGENTE DE VALVULA AORTICA TRANSCATETER TAVI, CON KIT DE INSUMOS COMPLETO PARA SU INTERVENCION PARA LA SRA. GUILLERMINA CANDIA DE ZARACHO CON CI N° 2.508.516 - AMPARO JUDICIAL" ID N° 469.907.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Fecha: Asunción, 09 de mayo de 2025.-

Paciente: Guillermina Candia de Zaracho con C.I. N°2.508.516.

Diagnóstico: Estenosis Aórtica Severa, candidata a trasplante percutáneo transcater de válvula aórtica (TAVI).

Se evaluaron dos oferentes: **CODEX S.R.L.** y **JACK FACK S.R.L.**

VÁLVULA ACURATE NEO2 Aortic Valve System: Autoexpandible.

OFERENTE: JACK FACK S.R.L.

1. Sistema transfemoral flexible, compatible con introductor de bajo perfil y válvula de autoalineación debido a su diseño en "X"
2. Implante controlado en dos etapas.
3. Autofijación y autosellado con estabilidad durante toda la entrega debido a su extensivo sistema de liberación "TOP DOWN".
4. Sobre todo, excelente navegabilidad, en este tipo de pacientes.
5. Menor tasa de implante de marcapasos.
6. Riesgo de desajuste paciente-prótesis de 1,4% (promedio más bajo que existe).
7. Menor tasa de LEAK para valvular (periprotésico): fuga paravalvular.
8. Acceso a las arterias coronarias, sin restricciones si la necesitáramos. Permite 100% de canulaciones coronarias exitosas debido a su diseño.
9. Por su excelente navegabilidad, es de fácil y efectivo de implantes de aortas horizontales con tasa de éxito del >90%.

VÁLVULA EVOLUT MEDTRONIC: Evolut PRO y Evolut R (Válvula autoexpandibles, stent nitinol)

OFERENTE: CODEX S.R.L.

1. La Evolut R puede causar oclusión coronaria, especialmente en pacientes con anatomía desfavorable.
2. La Evolut R posee mayor tasa de implantes de marcapasos.
3. La Evolut R tiene un periodo de vida limitado y puede requerir reemplazo futuro.
4. Evolut PRO posee una elevada tasa de ACV.
5. Evolut PRO posee alta tasa de fuga para valvular.
6. A su favor: recapturable.

Conclusión:

Por todo lo citado anteriormente, el producto del oferente JACK FACK S.R.L., cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC y se considera que el mismo cumple con el perfil anatómico requerido para el implante de esta paciente.

Lic. Carolina Irrazabal
Secc. Planificación de Suministros de Sal.
DGMIS
D.L.S.S. - IPS

Abg. Diego Ramirez
Mat. Prof. N° 57.813
Instituto de Previsión Social

HOSPITAL CENTRAL IPS
Dra. Silvia Vinader
Reg. Prof. N° 9.365 - Cardiología Intervencionista
Médico de Planta
Servicio de Hemodinamia