



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

SBEN N° 44/2025 "ADQUISICION DE INSUMOS DE ESTERILIZACION PARA EQUIPOS DE AUTOCLAVE DEL INCAN - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO" I.D. N° 475.877.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDA D MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO REFERENCIAL	MARCA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	% DE VARIACION	OFERENTE
1	Control biologico de esterilidad	Ampolla biologica, indicador biologico para vapor de 20 minutos, contenido medio de cultivo con indicador de PH y sustrato fluorogenico, con cambio de color en presencia de crecimiento bacterial. Debe contener espora inactiva de Geobacillus Stearothermophilus, compatible con incubador en el hospital (temperatura de 56° - 60°) con precision del resultado mayor o igual al 97%.	Unidad	Ampolla	732	1.464	54.983	KIMS	KIMS S.R.L	ARGENTINA	53.954	-2	SOLUMEDIC S.A.
			Unidad	Unidad	732	1.464	54.983	CISA	CISA BRASILE LTDA	BRASIL	68.306	24	NI PHARMA S.A.
			Unidad	Unidad	732	1.464	54.983	KMN (KANG MING NA)	ANQING KANGMINGNA PACKAGING CO LTD	CHINA	51.229	-7	LCM S.A.
			Unidad	Unidad	732	1.464	54.983	ATTEST	3M	USA	51.229	-7	IMP. EUROAMERICANA S.A.
2	Cinta testigo para calor humedo	Indicador externo o cinta testigo para vapor, el objetivo de este indicador es diferenciar los paquetes que han sido procesados de aquellos que no han sido procesados, porque contienen un quimico que reacciona al proceso especifico de esterilizacion. Medidas de 19 mm x 50 m.	Unidad	Unidad	1.098	2.196	76.333	CINTAPE	TERRAGENE S.A	ARGENTINA	50.500	-34	BIOERIX S.A.
			Unidad	Unidad	1.098	2.196	76.333	KIMS	KIMS S.R.L	ARGENTINA	46.402	-39	SOLUMEDIC S.A.
			Unidad	Unidad	1.098	2.196	76.333	KMN (KANG MING NA)	ANQING KANGMINGNA PACKAGING CO LTD	CHINA	44.171	-42	LCM S.A.
3	Test de Bowie Dick	Test Bowie & Dick u Hoja de Bowie, prueba especifica que se utiliza para evaluar el sistema de evacuacion de aire de un esterilizador con pre-vacio Test Bowie & Dick. La tinta está libre de cualquier componente toxico. Biodegradable y sin látex. Hoja indicadora fácil de interpretar con transición de color.	Unidad	Unidad	1.098	2.196	26.471	KIMS	KIMS S.R.L	ARGENTINA	26.471	0	SOLUMEDIC S.A.
			Unidad	Unidad	1.098	2.196	26.471	CISA	CISA BRASILE LTDA	BRASIL	18.033	-32	NI PHARMA S.A.
			Unidad	Unidad	1.098	2.196	26.471	KMN (KANG MING NA)	ANQING KANGMINGNA PACKAGING CO LTD	CHINA	17.987	-32	LCM S.A.
4	Integrador para control de proceso de autoclave por vapor	Indicador quimico tira unica tipo Clase 4, diseñado para vapor a 121°C - 15 minutos. Indicador quimico a base de agua. Cambio de color claro y preciso. Fabricado en ausencia de plomo y metales pesados. Con suficiente exposicion al vapor, el indicador cambia de color, un cambio de color incompleto indica un mal funcionamiento del esterilizador.	Unidad	Unidad	146.400	292.800	593	CHEMDYE	TERRAGENE S.A	ARGENTINA	481	-19	BIOERIX S.A.
			Unidad	Unidad	146.400	292.800	593	KIMS	KIMS S.R.L	ARGENTINA	593	0	SOLUMEDIC S.A.
			Unidad	Unidad	146.400	292.800	593	KMN (KANG MING NA)	ANQING KANGMINGNA PACKAGING CO LTD	CHINA	481	-19	LCM S.A.



[Handwritten signature]

Gloria Gonzalez,
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer.



GOBIERNO DEL PARAGUAI
PARAGUAI REKUAI
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
U.O.C N° 03 - Instituto Nacional del Cáncer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

SBEN N° 44/2025 "ADQUISICION DE INSUMOS DE ESTERILIZACION PARA EQUIPOS DE AUTOCLAVE DEL INCAN - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO" I.D. N° 475.877.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDA D MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO REFERENCIAL	MARCA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	% DE VARIACION	OFERENTE
5	Integrador para control de proceso de autoclave por vapor	Indicador químico tira unica tipo Clase 5, Diseñado para vapor a 134°C 3 3.5 responde a todos los parametros criticos del proceso de la esterilizacion como tiempo, temperatura, calidad de vapor dentro de un intervalo especifico del ciclo de la esterilización. Indicador químico a base de agua. Fabricado en ausencia de plomo y metales pesados. Con suficiente exposición al vapor, el indicador cambia de color: un cambio de color incompleto indica un mal funcionamiento del esterilizador. Sin metales pesados ni sustancias tóxicas. Después del cambio de color inicial del indicador ya no cambia.	Unidad	Unidad	146.400	292.800	619	KIMS	KIMS S.R.L.	ARGENTINA	619	0	SOLUMEDIC S.A.
			Unidad	Unidad	146.400	292.800	619	CISA	CISA BRASILE LTDA.	BRASIL	686	11	NI PHARMA S.A.
			Unidad	Unidad	146.400	292.800	619	KMN (KANG MING NA)	ANOING KANGMINGNA PACKAGING CO LTD	CHINA	611	-1	LCM S.A.
6	Indicador Químico de Esterilizacion por Peroxido de Hidrogeno	Los rotulos indicador químico, actuan como indicadores de proceso, mostrando visualmente si el ciclo de esterilizacion ha alcanzado la temperatura y presion necesaria, estan diseñado para cambiar de color cuando se alcanza la temperatura, es una parte importante de un programa de garantia de calidad para la esterilización.	Unidad	Unidad	164.700	329.400	1.065	CHEMDYE	TERRAGENE S.A.	ARGENTINA	1.490	40	BIOERIX S.A.
			Unidad	Unidad	164.700	329.400	1.065	KIMS	KIMS S.R.L.	ARGENTINA	1.580	48	SOLUMEDIC S.A.
			Unidad	Unidad	164.700	329.400	1.065	KMN (KANG MING NA)	ANOING KANGMINGNA PACKAGING CO LTD	CHINA	1.490	40	LCM S.A.
7	Papel envoltorio celulosa esterilizacion	Envoltorio para vapor en rollo de 50 mm x 200 m, barrera superior con papel de grado médico de 60 g/m2 que cumple con la norma EN 868-3, copolímero multicapa reforzado transparente 52 um cpp/película de pet, indicador de proceso preciso, no tóxico a base de agua certificado ISO 11140-1, tres líneas de sello independiente, excelente permeabilidad al gas y propiedades de barrera microbiana.	Unidad	Unidad	732	1.464	64.111	KIMS	KIMS S.R.L.	ARGENTINA	59.667	-7	SOLUMEDIC S.A.
			Unidad	Unidad	732	1.464	64.111	KMN (KANG MING NA)	ANOING KANGMINGNA PACKAGING CO LTD	CHINA	67.800	6	LCM S.A.



Gloria Gonzalez,
U.O.C N° 03
Instituto Nacional del Cáncer



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

SBEN N° 44/2025 "ADQUISICION DE INSUMOS DE ESTERILIZACION PARA EQUIPOS DE AUTOCLAVE DEL INCAN - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO" I.D. N° 475.877.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDA D MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO REFERENCIAL	MARCA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA Incluido)	% DE VARIACION	OFERENTE
11	Bolsa de papel con indicador quimico	Bolsa de papel termosellable, tamaño 250mm x 100mm x 380mm, material de fabricacion papel de uso medico según normas internacionales EN868-4, doble sellado longitudinal y transversal para mejorar la seguridad en su uso, con banda termoesiable para agilizar el embalaje y dar seguridad a su cierre, indicador quimico de esterilización por vapor que cambia de color.	Unidad	Unidad	146.400	292.800	1.302	KIMS	KIMS S.R.L.	ARGENTINA	1.302	0	SOLUMEDIC S.A.
12	Papel para esterilizacion	Papel crepado grado médico de 120 cm x 120 cm, fabricado con material de celulosa ecológico, elaborado 100% con pulpa de madera, el peso disponible de 45 g/m2, sin olor, sin fibra, no tóxico, repelencia a líquidos: agua, alcohol, yodo, textura uniforme para permitir la detección visual inmediata de pequeños poros /desgarros, esterilización por vapor, cumple con ISO 11607 y EN868-2 como norma de calidad.	Unidad	Unidad	10.980	21.960	5.162	KIMS	KIMS S.R.L.	ARGENTINA	4.899	-5	SOLUMEDIC S.A.
13	Rollo de papel para impresora de esterilizador de plasma	Cinta para impresora plasma, rollo de papel, impresión de ciclo /registradores de ciclo de esterilización. Documento: Fecha tiempo, temperatura, presión. Rollos de Papel.	Unidad	Unidad	192	384	33.889	KIMN (KANG MING NA)	ANQING KANGMINGNA PACKAGING CO LTD	CHINA	4.900	-5	LCM S.A.
14	Tela no tejida o TNT	Tela no tejida TNT de polipropileno 100% (SMS) de 43-56 Gr/M2 de grado medico de 2 metros de ancho aproximadamente. Para esterilización en autoclave, para uso en envoltura de instrumental médico, gasas, apósitos, mechas y textiles quirúrgicos, resistente, impermeable a agua, que pueda soportar altas temperaturas, creando una barrera eléctrica contra la contaminación post - esterilización, apta para envolver paquetes medianos/ grandes de insumos medicos. Color Celeste, Verde.	Metros	Fardo	5.645	11.290	3.650	KIMN (KANG MING NA)	ANQING KANGMINGNA PACKAGING CO LTD	CHINA	4.067	11	LCM S.A.



SRA. GLORIA GONZALEZ
Unidad Operativa de Contrataciones N° 03
Instituto Nacional del Cáncer