

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 245917

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 11:04 del día 26/11/2012, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 245917 -

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LOS SERVICIOS Y URGENCIAS de la Institución:

Código Verificador: 2303e4298154f2ec0cc5b7e4191322de

Nivel de Entidad:	PODER EJECUTIVO
Entidad:	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Sub-UOC:	UOC NIVEL CENTRAL (D.O.C) - DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES (D.O.C) - NIVEL CENTRAL
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. En el ítem 2 de Luminoterapia donde dice: ?integrada por tubos fluorescentes y/o Leds? solicitamos definir el tipo de tecnología , ya que son muy distintas y basados en evidencia medica la tecnología a Leds es mucho mas efectiva por lo que sugerimos sea a Leds.	09-11-2012	17:31:31

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.	14-11-2012	14:01:17

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2 de Luminoterapia donde dice: vida minima de 1000 hs como minimo sugerimos que sea minimo 8000 hs para garantizar una vida útil de los equipos mas prolongada	09-11-2012	17:31:57

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Adecuarse a las eett del PBC. En esta ocasión se requiere con éstas características técnicas.	14-11-2012	14:01:30

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice ?Permeable a rayos x con posiciones Trendelenburg y Fowler? consultamos si se refiere a movimientos Trendelenburg y anti trendelenburg por accionamiento eléctrico a botonera	09-11-2012	17:33:40

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Donde dice: Permeable a rayos x con posiciones Trendelenburg y Fowler ; debe decir: Permeable a rayos x con posiciones Trendelenburg y Trendelenburg inversa, por accionamiento manual ó eléctrico.	14-11-2012	14:01:43

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Lampara de Fototerapia, sugerimos que, basados en la evidencia medica que la tecnología de leds es mucho más eficiente que la de tubos , que soliciten equipos con 12 leds como mínimo de luz fría con 3 niveles de intensidad, con reloj cuenta horas y con una vida útil de los leds no menor a las 8000hs.	09-11-2012	17:34:10

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.	14-11-2012	14:01:55
---	------------	----------

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al calefactor, sugerimos que el mismo cuente con movimiento angular que permita la entrada de equipos de Rayos X para la realización de estudios, manteniendo la calefacción del paciente sin cambios.	09-11-2012	17:34:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.	14-11-2012	14:02:06

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos que el calefactor sea de Acero inoxidable por tener mas resistencia a temperaturas elevadas.	09-11-2012	17:35:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.	14-11-2012	14:02:19

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice ?Funcionamiento en modo servo control o en modo manual?, sugerimos se amplie con un modo de precalentamiento utilizado para precalentar el equipo antes de utilizarlo	09-11-2012	17:35:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.	14-11-2012	14:02:31

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice ?Unidad calefactora radiante con termostato de seguridad? sugerimos soliciten que el calefactor permita su desplazamiento sin dejar de calefaccionar al paciente ,para que el paciente no deje de ser calefaccionado en ningún momento	09-11-2012	17:36:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.	14-11-2012	14:04:24

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos soliciten una Luz de examen que sirve para controlar al paciente.	09-11-2012	17:36:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Se agrega: Luz de Examen, para examinar al paciente.	14-11-2012	14:04:38

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice ?Tres tomas auxiliares parte posterior de la estructura p/ conexión equipos adicionales?, solicitamos para que mas oferentes participen se pueda ofertar minimo dos tomas auxiliares parte posterior de la estructura p/ conexión equipos adicionales.	09-11-2012	17:37:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Donde dice: Tres tomas auxiliares parte posterior de la estructura p/ conexión equipos adicionales, debe decir: Dos ó más tomas auxiliares parte posterior de la estructura p/ conexión equipos adicionales.	14-11-2012	14:04:54

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice ?Tres tomas auxiliares parte posterior de la estructura p/ conexión equipos adicionales?, solicitamos para que mas oferentes participen se pueda ofertar minimo dos tomas auxiliares parte posterior de la estructura p/ conexión equipos adicionales.	09-11-2012	17:38:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Donde dice: Tres tomas auxiliares parte posterior de la estructura p/ conexión equipos adicionales, debe decir: Dos ó más tomas auxiliares parte posterior de la estructura p/ conexión equipos adicionales.	14-11-2012	14:05:08

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que la medida de la pantalla pueda ser como mínimo de 12" considerando que es una pantalla grande y así permitir que más oferentes participen y ahorrar en costos importantes.	09-11-2012	17:39:11

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que en esta oportunidad se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas.	14-11-2012	14:05:23

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos que se puedan ofertar monitores con visualización de 6 ondas como mínimo ya que los parámetros a monitorizar solicitados no sobrepasan esta cantidad de ondas.	09-11-2012	17:39:35

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Donde dice: Monitorización de 8 curvas simultanea como mínimo; debe decir: Monitorización de 6 curvas simultaneas como mínimo.	14-11-2012	14:05:36

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que por razones de seguridad y prevención de acumulación de polvo, el monitor no cuente con partes internas móviles, como ser ventilador (cooler), etc	09-11-2012	17:39:57

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que en esta oportunidad se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas. También, se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.	14-11-2012	14:05:52

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que el monitor sea completamente modular mediante la facilidad del plug and play para poder crecer a futuro ampliando los parámetros a monitorizar, por sobre todo es la tecnología actual.	09-11-2012	17:40:29

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que en esta oportunidad se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas. También, se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.	14-11-2012	14:06:11

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se podrá cotizar equipos con volumen tidal regulable entre 2,0 y 2000 ml?	09-11-2012	17:41:20

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que en esta oportunidad se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas. También, se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.	14-11-2012	14:06:25

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando la experiencia en los últimos meses de gran cantidad de agua en las líneas de aire comprimido, sugerimos que el equipo cuente con turbina o compresor para aire incorporado?	09-11-2012	17:41:41

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que en esta oportunidad se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas. También, se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó tecnología ó capacidad.	14-11-2012	14:06:45

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La batería solicitada, recargable con autonomía de 1 (una) hora como mínimo, deberá alimentar el equipo incluyendo la pantalla y la turbina o compresor de aire?	09-11-2012	17:42:10

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que en esta oportunidad se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas. También, se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.	14-11-2012	14:06:59

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se podrá cotizar equipos PEEP regulable de 0 hasta 35 cmH2O?	09-11-2012	17:42:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que en esta oportunidad se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas. También, se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.	14-11-2012	14:07:16

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En relación al punto donde solicitan: "Sensibilidad de disparo(trigger): Presión: De 0 a 5 cmH2O; Flujo: De 0.1 a 2.0 L/min" Creemos que debe haberse deslizado un error pues los rangos correctos serían: Presión: De 0 a 20 cmH2O y por Flujo: De 0.1 a 20,0 L/min. Por favor confirmar si es correcto.	09-11-2012	17:42:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Se corrige, en donde dice: Sensibilidad de disparo(trigger): Presión: De 0 a 5 cmH2O; Flujo: De 0.1 a 2.0 L/min"; debe decir: Presión: De 0 a 20 cmH2O y por Flujo: De 0.1 a 20,0 L/min.	14-11-2012	14:07:30

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: "Tiempo de ascenso inspiratorio?-Manual de 1-15", se podran cotizar equipos con un rango de 1- 9?	09-11-2012	17:43:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que en esta oportunidad se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas. También, se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.	14-11-2012	14:07:43

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan:"2(dos) Calentador con cámara de humidificación tamaño adulto", señalamos que solo se requiere un humidificador calentador y por lo menos dos cámaras de humidificación reusables.	09-11-2012	17:43:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Se aclara que se solicita 1 (un) Calentador con cámara de humidificación tamaño adulto. Se aclara también que todos los requerimientos de las especificaciones técnicas son mínimos, entonces, se puede mejorar la oferta en cada ítem en cantidad y calidad.	14-11-2012	14:08:07

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>1- Donde dice ? Estructura de acero con acabado al cromo o satinada con pintura epoxi?</p> <p>Teniendo en cuenta que estas camas se usaran en terapia intensiva el tipo de pintura adecuado para las mismas debería ser del tipo ?electroestática en polvo? ya que con las mismas se consigue una mejor adherencia al acero y se permite una correcta desinfección de la cama sin que esto produzca la corrosión de la misma. Solicitamos modificar este punto por ?Estructura de acero con con pintura electroestática en polvo?</p> <p>2- Donde dice ? Superficie radiolúcida para pruebas con rayos X?</p> <p>Teniendo en cuenta que lo mas recomendable para obtener una óptima imagen a través de equipos de rayos X es la colocación del chasis radiolucido lo mas cerca posible del cuerpo del paciente y del equipo, y atendiendo que el colchón supone una distancia relativa entre paciente y superficie, solicitamos poder ofertar camas que no cuenten con superficie radiolúcida.</p> <p>3- Donde dice ? Bascula integrada de la misma marca que la cama, exactitud +/- 200 gr?</p> <p>Solicitamos poder ofertar bascula integrada con una precisión de +/- 200 gr o del 1% del peso del paciente.</p> <p>4- Teniendo en cuenta que se solicita pánel de control en los barandales...</p> <p>Recomendamos solicitar que el display de la balanza se encuentre en ambos lados de los barandales para facilitar el uso del mismo al personal de enfermería</p> <p>5- Donde dice ?Colchón de poliuretano de 15 cm +/- 5% de espesor, antiestático recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego y con funda removible para lavado?</p> <p>Teniendo en cuenta que estas camas se usaran en unidades de terapia intensiva el colchón debería ser hermético y no con funda removible pues por el flujo de pacientes en las terapias intensivas no da el tiempo a retirar la funda para lavado, además debería ser antibacterial y antifungico. Recomendamos modificar este punto por:</p> <p>?Colchón de 15 cm +/- 5% con una funda de poliuretano impermeable completamente hermético, resistente a la humedad, bacteriostática y fungistática fácil de limpiar y desinfectar para garantizar la máxima higiene para los pacientes y el personal asistencial?.</p>	10-11-2012	11:22:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>1- Donde dice ? Estructura de acero con acabado al cromo o satinada con pintura epoxi? Teniendo en cuenta que estas camas se usaran en terapia intensiva el tipo de pintura adecuado para las mismas debería ser del tipo ? electrostática en polvo? ya que con las mismas se consigue una mejor adherencia al acero y se permite una correcta desinfección de la cama sin que esto produzca la corrosión de la misma. Solicitamos modificar este punto por ?Estructura de acero con con pintura electroestática en polvo? Respuesta: Donde dice: Estructura de acerp con acabado al cromo ó satinada con pintura epoxi, debe decir: Estructura de acero con pintura electrostática en polvo.</p> <p>2- Donde dice ? Superficie radiolúcida para pruebas con rayos X? Teniendo en cuenta que lo mas recomendable para obtener una óptima imagen a través de equipos de rayos X es la colocación del chasis radiolucido lo mas cerca posible del cuerpo del paciente y del equipo, y atendiendo que el colchón supone una distancia relativa entre paciente y superficie, solicitamos poder ofertar camas que no cuentan con superficie radiolúcida. Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que en esta oportunidad se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas. También, se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.</p> <p>3- Donde dice ? Bascula integrada de la misma marca que la cama, exactitud +/- 200 gr? Solicitamos poder ofertar bascula integrada con una precisión de +/- 200 gr o del 1% del peso del paciente. Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que en esta oportunidad se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas. También, se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.</p> <p>4- Teniendo en cuenta que se solicita panel de control en los barandales... Recomendamos solicitar que el display de la balanza se encuentre en ambos lados de los barandales para facilitar el uso del mismo al personal de enfermería Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que en esta oportunidad se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas. También, se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.</p> <p>5- Donde dice ?Colchón de poliuretano de 15 cm +/- 5% de espesor, antiestático recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego y con funda removible para lavado? Teniendo en cuenta que estas camas se usaran en unidades de terapia intensiva el colchón debería ser hermético y no con funda removible pues por el flujo de pacientes en las terapias intensivas no da el tiempo a retirar la funda para lavado, además debería ser antibacterial y antifungico. Recomendamos modificar este punto por: ?Colchón de 15 cm +/- 5% con una funda de poliuretano impermeable completamente hermético, resistente a la humedad, bacteriostática y fungistática fácil de limpiar y desinfectar para garantizar la máxima higiene para los pacientes y el personal asistencial? Respuesta: Donde dice: Colchón de poliuretano de 15 cm +/- 5% de espesor, antiestático recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego y con funda removible para lavado; debe decir: Colchón de poliuretano de 15 cm +/- 5% de espesor, completamente hermético, resistente a la humedad, bacteriostática y fungistática, fácil de limpiar y desinfectar.</p>	14-11-2012	14:08:34
--	------------	----------

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: ?integrada por tubos fluorescentes y/o Leds? solicitamos definir el tipo de tecnología , ya que son muy distintas y basados en evidencia medica la tecnología a Leds es mucho mas efectiva por lo que sugerimos sea a Leds.	12-11-2012	08:15:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.	14-11-2012	14:08:56

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice ? Superficie radiolúcida para pruebas con rayos X? Teniendo en cuenta que lo mas recomendable para obtener una óptima imagen a través de equipos de rayos X es la colocación del chasis radiolucido lo mas cerca posible del cuerpo del paciente y del equipo, y atendiendo que el colchón supone una distancia relativa entre paciente y superficie, solicitamos poder ofertar camas que no cuentan con superficie radiolúcida.	12-11-2012	08:45:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que en esta oportunidad se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas. También, se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.	14-11-2012	14:12:15

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice ? Bascula integrada de la misma marca que la cama, exactitud +/- 200 gr? Solicitamos poder ofertar bascula integrada con una precisión de +/- 200 gr o del 1% del peso del paciente.	12-11-2012	08:45:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que en esta oportunidad se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas. También, se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.	14-11-2012	14:12:30

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Teniendo en cuenta que se solicita p�nel de control en los barandales...	12-11-2012	08:46:40
Recomendamos solicitar que el display de la balanza se encuentre en ambos lados de los barandales para facilitar el uso del mismo al personal de enfermer�a		

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Adecuarse a las especificaciones t�cnicas del PBC. Se aclara que en esta oportunidad se requiere con las especificaciones t�cnicas solicitadas. Tambi�n, se aclara que las especificaciones t�cnicas son m�nimas, pudi�ndose ofertar equipos con mejores rangos � de mejor tecnolog�a.	14-11-2012	14:12:45

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Donde dice ?Colch�n de poliuretano de 15 cm +/- 5% de espesor, antiest�tico recubrimiento de material lavable, repelente a l�quidos, retardante al fuego y con funda removible para lavado?</p> <p>Teniendo en cuenta que estas camas se usaran en unidades de terapia intensiva el colch�n deber�a ser herm�tico y no con funda removible pues por el flujo de pacientes en las terapias intensivas no da el tiempo a retirar la funda para lavado, adem�s deber�a ser antibacterial y antifungico. Recomendamos modificar este punto por:</p> <p>?Colch�n de 15 cm +/- 5% con una funda de poliuretano impermeable completamente herm�tico, resistente a la humedad, bacteriost�tica y fungist�tica f�cil de limpiar y desinfectar para garantizar la m�xima higiene para los pacientes y el personal asistencial?.</p>	12-11-2012	08:48:25

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Donde dice: Colch�n de poliuretano de 15 cm +/- 5% de espesor, antiest�tico recubrimiento de material lavable, repelente a l�quidos, retardante al fuego y con funda removible para lavado; debe decir: Colch�n de poliuretano de 15 cm +/- 5% de espesor, completamente herm�tico, resistente a la humedad, bacteriost�tica y fungist�tica, f�cil de limpiar y desinfectar.	14-11-2012	14:13:02

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Donde dice ? Estructura de acero con acabado al cromo o satinada con pintura epoxi?</p> <p>Teniendo en cuenta que estas camas se usaran en terapia intensiva el tipo de pintura adecuado para las mismas deber�a ser del tipo ?electrost�tica en polvo? ya que con las mismas se consigue una mejor adherencia al acero y se permite una correcta desinfecci�n de la cama sin que esto produzca la corrosi�n de la misma. Solicitamos modificar este punto por ?Estructura de acero con con pintura electrost�tica en polvo?</p>	12-11-2012	08:49:02

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesta: Donde dice: Estructura de acerp con acabado al cromo � satinada con pintura epoxi, debe decir: Estructura de acero con pintura electrost�tica en polvo.	14-11-2012	14:13:16

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>1) Referentes a las especificaciones técnicas del Ítem N° 5 Monitores , solicitan los siguientes parámetros ?Función o perfil de cálculos de ventilación o pulmonares y de oxigenación? Favor especificar cuáles son los parámetros desean monitorear con este requisito ?Batería recargable con duración de 4 horas de uso contínuo como mpinimo, con cargador interconstruído e indicador de batería? Solicitamos que permitan cotizar monitores con batería de 2 horas de duración como mínimo En las especificaciones técnicas del Ítem 5 monitores solicitan: ?Con experiencia escrita de uso del equipo en algún servicio del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social? Solicitamos que se excluya este requisito de manera a dar oportunidad de participación a oferentes que aún no tenemos instalados este mismo equipo en dependencias del Min isterio de Salud, pero sí los tenemos instalados en otras importantes Instituciones de Salud en nuestro país.</p> <p>2) Referentes a las especificaciones técnicas del Ítem N° 8 Respirador Volumétrico para Adultos para UTI, solicitan los siguientes parámetros: ?Presión Soporte con Volumen Objetivo?. Solicitamos que no sea condición excluyente presentar dicho parámetro. Tiempo de ascenso inspiratorio: Automático Manual de 1- 15? Solicitamos que se permita ofertar equipos con tiempo de ascenso inspiratorio manual y que no sea excluyente el requisito de tiempo inspiratorio automático. Umbral espiratorio ajustable: Automático Manual de 5- 55% Solicitamos que se permita cotizar equipos con ajuste manual de umbral espiratorio de 5 a 75% y que no se considere como excluyente el umbral espiratorio ajustable automático Volumen Tidal: Adulto: 100 hasta 3000 ml Solicitamos que se permita cotizar equipos con volumen tidal de hasta 2000 ml. Considerar que no es necesario un volumen tidal tan alto ya que con un máximo de 2000 ml se puede ventilar sin inconvenientes a un paciente de 250 Kg. Sensibilidad de disparo (trigger): Presión: de 0 a 5 cm H2O Flujo: de 0,1 a 2,0 L/min. Solicitamos que se permita cotizar equipos con Sensibilidad de disparo, solo por flujo. Trabajo respiratorio (WOB) y Conexiones externas VGA/USB Solicitamos que no sea excluyente la cotización de equipos sin conexiones externas VGA/USB y el cálculo de trabajo respiratorio</p> <p>3) Solicitan ?plazo para reparar o reemplazar los bienes, 5 días hábiles desde recibir la notificación por escrito? Solicitamos extender dicho plazo a 10 diez días habiles después de recibir la notificación por escrito</p>	<p>12-11-2012</p>	<p>08:49:04</p>
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>1) Referentes a las especificaciones técnicas del Ítem N° 5 Monitores , solicitan los siguientes parámetros ?Función o perfil de cálculos de ventilación o pulmonares y de oxigenación? Favor especificar cuáles son los parámetros desean monitorear con este requisito Respuesta: Se agrega los siguientes parámetros: Frecuencia Resp. imp RA-LL y cavidad nasal: - Rango de medición: 0 ? 120 BPM (adulto) - Precisión: +/- BPM ó 5% - Resolución: 1 BPM Frecuencia de pulso: - Rango de medición: 30 ? 255 BPM - Precisión: +/- 2 % - Resolución: 1 BPM SPO2 Rango de medición: 0 ? 100 % Resolución: 1% Impresora térmica con provisión de 10 rollos de papel</p> <p>?Batería recargable con duración de 4 horas de uso contínuo como mpinimo, con cargador interconstruído e indicador de batería? Solicitamos que permitan cotizar monitores con batería de 2 horas de duración como mínimo Respuesta: Donde dice: Batería recargable con duración de 4 horas de uso contínuo como mpinimo, con cargador interconstruído e indicador de batería; debe decir: Batería recargable con duración de 2 horas de uso contínuo como mpinimo, con cargador interconstruído e indicador de batería</p> <p>En las especificaciones técnicas del Ítem 5 monitores solicitan: ?Con experiencia escrita de uso del equipo en algún servicio del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social? Solicitamos que se excluya este requisito de manera a dar oportunidad de participación a oferentes que aún no tenemos instalados este mismo equipo en dependencias del Ministerio de Salud, pero sí los tenemos instalados en otras importantes Instituciones de Salud en nuestro país. Respuesta: Favor adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. En esta ocasión se requiere la experiencia del oferente tanto para el servicio técnico, como la provisión de los accesorios necesarios para el funcionamiento del equipo.</p> <p>2) Referentes a las especificaciones técnicas del Ítem N° 8 Respirador Volumétrico para Adultos para UTI, solicitan los siguientes parámetros: ?Presión Soporte con Volumen Objetivo?. Solicitamos que no sea condición excluyente presentar dicho parámetro. Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que en esta oportunidad se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas. También, se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.</p> <p>Tiempo de ascenso inspiratorio: Automático Manual de 1- 15? Solicitamos que se permita ofertar equipos con tiempo de ascenso inspiratorio manual y que no sea excluyente el requisito de tiempo inspiratorio automático. Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que en esta oportunidad se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas. También, se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.</p> <p>Umbral espiratorio ajustable: Automático Manual de 5- 55% Solicitamos que se permita cotizar equipos con ajuste manual de umbral espiratorio de 5 a 75% y que no se considere como excluyente el umbral espiratorio ajustable automático Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que en esta oportunidad se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas. También, se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.</p> <p>Volumen Tidal: Adulto: 100 hasta 3000 ml Solicitamos que se permita cotizar equipos con volumen tidal de hasta 2000 ml. Considerar que no es necesario un volumen tidal tan alto ya que con un máximo de 2000 ml se puede ventilar sin inconvenientes a un paciente de 250 Kg. Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que en esta oportunidad se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas. También, se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.</p> <p>Sensibilidad de disparo (trigger): Presión: de 0 a 5 cm H2O Flujo: de 0,1 a 2,0 L/min. Solicitamos que se permita cotizar equipos con Sensibilidad de disparo, solo por flujo. Respuesta: En donde dice: Sensibilidad de disparo(trigger): Presión: De 0 a 5 cmH20; Flujo: De 0.1 a 2.0 L/min"; debe decir: Presión: De 0 a 20 cmH20 y por Flujo: De 0.1 a 20,0 L/min.</p> <p>Trabajo respiratorio (WOB) y Conexiones externas VGA/USB Solicitamos que no sea excluyente la cotización de equipos sin conexiones externas VGA/USB y el cálculo de trabajo respiratorio Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que en esta oportunidad se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas. También, se aclara que las especificaciones técnicas son mínimas, pudiéndose ofertar equipos con mejores rangos ó de mejor tecnología.</p> <p>3) Solicitan ?plazo para reparar o reemplazar los bienes, 5 días hábiles desde recibir la notificación por escrito? Solicitamos extender dicho plazo a 10 diez días hábiles después de recibir la notificación por escrito Respuesta: Adecuarse a las especificaciones técnicas del PBC. Se aclara que en esta oportunidad se requiere con las especificaciones técnicas solicitadas. También, se aclara que los equipos se utilizarán en los Servicios de Unidad de Cuidados Intensivos, y se requiere una respuesta técnica rápida.</p>	<p>14-11-2012</p>	<p>14:13:52</p>
--	-------------------	-----------------

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
SCARPE SRL - 80018104-2	Grande	1	1.508.8086.0	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A.	19-11-2012	23-11-2012	23-03-2013
DEZETA S.A. - 80019208-7	Sin categorizar	2	18.1508.07370/000	Póliza	Aseguradora Paraguaya S.A	21-11-2012	26-11-2012	26-03-2013
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Sin categorizar	3	18.1508.07381/000	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	23-11-2012	26-11-2012	24-02-2013
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	Grande	4	007.1508.025598/000	Póliza	La Consolidada S. A. de Seguros	23-11-2012	23-11-2012	03-03-2013
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	Sin categorizar	5	15.1508.0000789.0000	Póliza	GARANTIA	20-11-2012	26-11-2012	26-03-2013
ARGON S.R.L. - 80004373-1	Grande	6	007.1508.025584/000	Póliza	La Consolidada S.A.	23-11-2012	26-11-2012	06-03-2013
VENTAS PARAGUAYAS S.A. - 80012330-1	Sin categorizar	7	45.1508.4725.0	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE	23-11-2012	23-11-2012	26-02-2013
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	Sin categorizar	8	1508.3196.00	Póliza	EL SOL DEL PARAGUAY S.A.	23-11-2012	23-11-2012	03-03-2013
VIPAL SA - 80019247-8	Grande	9	007.1508.025592/000	Póliza	La Consolidada S.A. DE SEGUROS	23-11-2012	26-11-2012	24-02-2013
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	Grande	10	36.1508.0002787.0000	Póliza	Alfa S.A. de Seguros y Reaseguros	22-11-2012	23-11-2012	03-03-2013
IMESE S.A. - 80016426-1	Grande	11	007.1508.025591/000	Póliza	La Consolidada	23-11-2012	26-11-2012	24-02-2013
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	Sin categorizar	12	007.1508.025601	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	23-11-2012	26-11-2012	24-02-2013
Consorcio BBO Logistics S.A.-Neotek S.A- JFM Import Export - 80069320-5	Sin categorizar	13	36.1508.0002784.0000	Póliza	ALFA S.A. de Seguros y Reaseguros	22-11-2012	23-11-2012	28-02-2013

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42271714-002	Incubadoras					15
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SCARPE SRL - 80018104-2	OLIDEF	OLIDEF	SCTI LINEY	BRASIL	INCUBADORAS	25.560.000	383.400.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	JW MEDICAL	JW MEDICAL	CHS-i1000	COREA	INCUBADORAS	46.890.000	703.350.000
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	OLIDEF CZ	OLIDEF CZ	NO APLICA	BRASIL		55.000.000	825.000.000

ARGON S.R.L. - 80004373-1	FANEM	FANEM LTDA.	I186C	BRASIL	Se adjunta planilla con las especificaciones técnicas, catálogo y manual del usuario.	51.000.000	765.000.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	Medix	Medix I.C.S.A.	PC-305	Argentina	Incubadoras	44.000.000	660.000.000
Consorcio BBO Logistics S.A.-Neotek S.A.- JFM Import Export - 80069320-5	ADVANCED	ADVANCED	A3186	USA	INCUBADORA	60.000.000	900.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	42191802-001	Luminoterapia	15

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SCARPE SRL - 80018104-2	OLIDEF	PLIDEF	MAXI PHOTO LED	BRASIL	EQUIPO PARA LUMINOTERAPIA	7.900.000	118.500.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	BISTOS	BISTOS CO. LTD.	BT-400	COREA	EQUIPO DE LUMINOTERAPIA	8.000.000	120.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	OLIDEF CZ	OLIDEF CZ	NO APLICA	BRASIL		11.000.000	165.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	FANEM	FANEM LTDA.	BILITRON 3006 BTP	BRASIL	Se adjunta planilla con las especificaciones técnicas, catálogo y manual del usuario.	14.000.000	210.000.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	Medix	Medix I.C.S.A.	MediLed	Argentina	Equipo para luminoterapia a leds	18.150.000	272.250.000
VIPAL SA - 80019247-8	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	LULLABY LED	INDIA		208.846.440	3.132.696.600
Consorcio BBO Logistics S.A.-Neotek S.A.- JFM Import Export - 80069320-5	ADVANCED	ADVANCED	PT-1000	USA	LUMINOTERAPIA	7.000.000	105.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	42222002-001	Bomba de infusion a jeringa	60

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SCARPE SRL - 80018104-2	SK	SK	500 II	CHINA	BOMBA DE INFUSION A JERINGA	3.900.000	234.000.000
DEZETA S.A. - 80019208-7	SK Medical	Shenzen Shenke Medical Instruments Co, LTD	SK-500II	China	Bomba de infusion a Jeringa	3.650.000	219.000.000
CATERERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	JYM	JYM	JZM-1800C	China	Bomba de infusión a jeringa	4.290.000	257.400.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	DAIWHA	DAIWHA CORP., LTD.	DS3000	COREA	Se adjunta planilla con las especificaciones técnicas, catálogo y manual del usuario.	7.900.000	474.000.000
VENTAS PARAGUAYAS S.A. - 80012330-1	B/BRAUN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	PERFUSOMAT COMPAC S	ALEMANIA	BOMBA DE INFUSION A JERINGA	11.000.000	660.000.000
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	CONTEC	CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	FC112	CHINA	Bomba de Infusion a Jeringa	7.500.000	450.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	MEDIMA	MEDIMA	S	POLONIA		5.750.000	345.000.000
Consorcio BBO Logistics S.A.-Neotek S.A.- JFM Import Export - 80069320-5	ADVANCED	ADVANCED	SP-100	USA	BOMBA DE INFUSION A JERINGA	6.000.000	360.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	42191802-003	Servocuna	10

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SCARPE SRL - 80018104-2	OLIDEF	OLIDEF	MATRIX + MAXIPHOTO HALOGEM	BRASIL	SERVOCUNA	22.850.000	228.500.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	JW MEDICAL	JW MEDICAL CORPORATIO	CBW-1100	COREA	SERVOCUNA	33.000.000	330.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	OLIDEF CZ	OLIDEF CZ	NO APLICA	BRASIL		24.200.000	242.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	FANEM	FANEM LTDA.	AMPLA 2085	BRASIL	Se adjunta planilla con las especificaciones técnicas, catálogo y manual del usuario.	39.000.000	390.000.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	Medix	Medix I.C.S.A.	SM401-America	Argentina	Servocuna con fototerapia a leds	44.000.000	440.000.000

VIPAL SA - 80019247-8	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC	LULLABY SERVO	TURQUIA		502.761.600	5.027.616.000
Consorcio BBO Logistics S.A.-Neotek S.A.- JFM Import Export - 80069320-5	ADVANCED	ADVANCED	A3051	USA	SERVOCUNA	60.000.000	600.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	42181904-002	Monitor multiparametrico	25

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DEZETA S.A - 80019208-7	Safeheart	Beijing Safeheart Technologies	SMH-3015	China	Monitor Multiparametrico	13.850.000	346.250.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN CORPORATIO	BSM-3763K	JAPON	MONITOR MULTIPARAMETRICO	55.200.000	1.380.000.000
CATERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	Biolight	Biolight	M9500	China	Monitor multiparamétrico	23.400.000	585.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	SINO- HERO	SINO- HERO	NO APLICA	CHINA		55.000.000	1.375.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	EDAN INSTRUMENT INC.	iM80	CHINA	Se adjunta planilla con las especificaciones técnicas, catálogo y manual del usuario.	44.000.000	1.100.000.000
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BLT	GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD	M9500	CHINA	Monitor Multiparametrico	54.000.000	1.350.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	SPACELABS	SPACELABS	SL 2700	USA		55.000.000	1.375.000.000
Consorcio BBO Logistics S.A.-Neotek S.A.- JFM Import Export - 80069320-5	ADVANCED	ADVANCED	PM1000	USA	MONITOR MULTIPARAMETRICO	90.000.000	2.250.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	42191807-001	Cama electrica para paciente	20

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SCARPE SRL - 80018104-2	HOSPIMETAL	HOSPIMETAL	HM 2002 D	BRASIL	CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE	38.870.000	777.400.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	JOSON-CARE	JOSON-CARE ENTERPRISE CO., LTD.	ES-96HD-DR-W	TAIWAN	CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE	39.300.000	786.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	PARAMOUNT	PARAMOUNT BED Co., Ltd.	CA-48A	JAPON	Se adjunta planilla con las especificaciones técnicas, catálogo y manual del usuario.	52.000.000	1.040.000.000
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	FAMED	ZYWIECKA FABRYKA SPRZETU SZPITALNEGC FAMED SA	VIGO 2	POLONIA	Cama electrica para paciente	70.000.000	1.400.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	Hill Rom	Hill Rom Co	HR 1000	USA	Cama Electrica	40.000.000	800.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	LINET	LINET	ELEGANZA 3XC	REPUBLICA CHECA		35.000.000	700.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	42192204-001	Incubadora portatil cerrada de cuidados intensivos	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SCARPE SRL - 80018104-2	OLIDEF	OLIDEF	RWT/M	BRASIL	INCUBADORA PORTATIL CERRADA DE CUIDADOS INTENSIVOS	56.450.000	112.900.000
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	OLIDEF CZ	OLIDEF CZ	NO APLICA	BRASIL		55.000.000	110.000.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	Medix	Medix I.C.S.A.	TR-200	Argentina	Incubadora portátil cerrada de cuidados intensivos	55.000.000	110.000.000
Consorcio BBO Logistics S.A.-Neotek S.A.- JFM Import Export - 80069320-5	ADVANCED	ADVANCED	A3158	USA	INCUBADORA DE TRANSPORTE	72.000.000	144.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	42272223-004	Respirador volumetrico para UTI	20

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SCARPE SRL - 80018104-2	HAMILTON	HAMILTON	GALILEO GOLD	SUIZA	RESPIRADOR VOLUMETRICO PARA UTI	151.120.000	3.022.400.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	Carefusion	Carefusion	Vela	U.S.A.	Respirador volumétrico para UTI	95.700.000	1.914.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	Newport Medical	COVDIEN	e360T	USA	Ventilador Pulmonar	100.000.000	2.000.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	MAQUET	MAQUET	SERVO	SUECIA		120.000.000	2.400.000.000

Beneficio MyPIMES

Listado General de todas las Ofertas

1 - Incubadoras				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	335.000.000	26-11-2012	08:36:18.148	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	674149e7d3155cdf4e839710c378b4ef	
SCARPE SRL - 80018104-2	340.000.000	26-11-2012	08:35:58.554	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87d119f423c6f1f151af847a3a8c5d8c	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	341.000.000	26-11-2012	08:36:10.946	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad117498244352eb62b44202a006d1e4	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	342.000.000	26-11-2012	08:34:37.219	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	559913e41efdf3859647ff8b3d99481d	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	343.000.000	26-11-2012	08:34:26.690	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7b00267e700544dc6966f7e91a3ec5d	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	344.000.000	26-11-2012	08:34:18.427	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd79a63697b1ab05c31a87e17bc7e0d9	
SCARPE SRL - 80018104-2	346.000.000	26-11-2012	08:34:11.668	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce44bc4a1162d2b3c1c6663c3ec035c3	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	346.500.000	26-11-2012	08:34:08.070	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0a086fb4e78ce686593a9dfcd661ad0	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	347.000.000	26-11-2012	08:34:00.052	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e6def6934518926148b04f9883269d9	
SCARPE SRL - 80018104-2	347.000.000	26-11-2012	08:34:03.916	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ccb7bc5d64d2974b45a02e1078a14851	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	348.000.000	26-11-2012	08:33:52.128	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac3e285217b5dd01ba7a98ebb1d76730	
SCARPE SRL - 80018104-2	348.500.000	26-11-2012	08:33:53.346	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0855791889fd6e811cd095d4ceabe80f	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	349.000.000	26-11-2012	08:33:44.329	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbe6d178840322dbec85447ca9daec1e	
SCARPE SRL - 80018104-2	349.500.000	26-11-2012	08:33:45.196	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	954e46e54017689f494da8f5c551a5ae	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	350.000.000	26-11-2012	08:33:34.656	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	323da69188f27bcf2445f223c27dc939	
SCARPE SRL - 80018104-2	350.500.000	26-11-2012	08:33:35.250	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63f7329b2bf9ea4e87327977d5ee259	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	351.000.000	26-11-2012	08:33:27.673	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28f6e7a6c903255cf2889e51e5c79716	
SCARPE SRL - 80018104-2	351.500.000	26-11-2012	08:33:21.871	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09610d1caed661f4ba4f144af16b9ea4	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	352.000.000	26-11-2012	08:33:20.552	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1b674bb219ea74a783b97f80749ec83	

Listado General de todas las Ofertas

VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	353.000.000	26-11-2012	08:33:13.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	963eb3d9be347a9d27f100d1588c54c	
SCARPE SRL - 80018104-2	354.500.000	26-11-2012	08:33:13.333	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f7a8f83ac881cc6a926ae6ee5889649	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	355.000.000	26-11-2012	08:33:04.134	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	955eb54eaa2b85ce64e96af3094c5725	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	356.000.000	26-11-2012	08:32:57.171	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41270ea357d40466fa68c5fdad493f1a	
SCARPE SRL - 80018104-2	359.500.000	26-11-2012	08:32:53.839	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff973ab1a13481bccf9b6b40e349f8c4	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	360.000.000	26-11-2012	08:32:32.341	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aad0b0c1623dcb40911495745549ee39	
SCARPE SRL - 80018104-2	365.000.000	26-11-2012	08:32:36.901	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3aee660b85181940513105f5ed0df33	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	366.000.000	26-11-2012	08:32:19.175	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4931f0a8206aa4d66a420555ea77821	
SCARPE SRL - 80018104-2	369.000.000	26-11-2012	08:32:12.528	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	052e101e040a3955aabe8db4b8c03133	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	370.000.000	26-11-2012	08:32:05.490	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	152f34f6e8a224f14e758c5bceba28c2	
SCARPE SRL - 80018104-2	379.000.000	26-11-2012	08:32:00.167	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de7e2e01ac5116e1010a4191255d875d	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	380.000.000	26-11-2012	08:31:46.716	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30a44fbb255a05f1a5ad95e0ec16f8b	
SCARPE SRL - 80018104-2	383.400.000	26-11-2012	08:01:49.462	Propuesta
		Código Verificador:	f5693aef0f42a754ce541396c780d398	
Consortio BBO Logistics S.A-Neotek S.A- JFM Import Export - 80069320-5	510.000.000	26-11-2012	08:25:38.566	Etapa de Puja
		Código Verificador:	cd44d54a863f06337128cf74115e8c52	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	514.800.000	26-11-2012	08:36:29.270	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0be53a5654712491eb30b38407b65032	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	515.000.000	26-11-2012	08:36:05.441	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	050b376d035a8ad57d0a393fd0f030c6	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	519.750.000	26-11-2012	08:35:14.479	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e5527fac82a7caa880b7eb06088ed43	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	520.000.000	26-11-2012	08:34:44.095	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d60d581fbd2e67130ab797eb4a4b30c	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	537.900.000	26-11-2012	08:33:08.372	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aaf672d0bb43616594eff6aa62a01957	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	550.000.000	26-11-2012	08:32:55.521	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1f7ef7aa9482b658a4dc5fbebaf38c4	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	550.400.000	26-11-2012	08:32:28.706	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a937f37375cc3c1263e4b1dc665c382	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	586.200.000	26-11-2012	08:32:48.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7bd69e64d63a30cf19bbe02a5fe25585	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	590.000.000	26-11-2012	08:32:16.505	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f64843331d6997a9f8459aee5a3cffe1	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	594.000.000	26-11-2012	08:31:49.411	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b47c789a42aae12ec27144a2628280b	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	660.000.000	26-11-2012	08:01:49.458	Propuesta
		Código Verificador:	f1e33642fccd8e03916ddf118e119190	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	703.350.000	26-11-2012	08:01:49.460	Propuesta
		Código Verificador:	9b7bdc794a467b7872827a36513f48b6	

Listado General de todas las Ofertas

ARGON S.R.L. - 80004373-1	765.000.000	26-11-2012	08:01:49.456	Propuesta
		Código Verificador:	6da3eb25dff52666bb62637316a2f1bd	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	825.000.000	26-11-2012	08:01:49.453	Propuesta
		Código Verificador:	060b8678fcb6c3d22d42043e1d311a5d	
Consortio BBO Logistics S.A-Neotek S.A-JFM Import Export - 80069320-5	900.000.000	26-11-2012	08:01:49.464	Propuesta
		Código Verificador:	2db389fa49fc119361c81681ef1bda46	

2 - Luminoterapia

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Consortio BBO Logistics S.A-Neotek S.A-JFM Import Export - 80069320-5	87.000.000	26-11-2012	09:00:21.875	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95d386a4517c41f768cff3d85f5b0147	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	88.500.000	26-11-2012	09:00:14.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e726c949854250d342b7798ea425a71	
Consortio BBO Logistics S.A-Neotek S.A-JFM Import Export - 80069320-5	89.000.000	26-11-2012	08:58:30.074	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab931695d9e00bf454318b6d98f673b4	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	90.000.000	26-11-2012	08:58:21.366	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f8290743262dedf0e830f200f6ee94f	
Consortio BBO Logistics S.A-Neotek S.A-JFM Import Export - 80069320-5	92.000.000	26-11-2012	08:58:04.828	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29f80af561e67d9e3fc26e02ff7f0fb7	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	93.000.000	26-11-2012	08:57:53.908	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56892cadcf4b9312881891ca1fa7a826	
Consortio BBO Logistics S.A-Neotek S.A-JFM Import Export - 80069320-5	95.000.000	26-11-2012	08:57:01.485	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2aa039c9c23f26e35d244bf7458be5b8	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	97.500.000	26-11-2012	08:56:54.037	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1252f35832446cb919a54064a643f836	
Consortio BBO Logistics S.A-Neotek S.A-JFM Import Export - 80069320-5	99.000.000	26-11-2012	08:56:39.576	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd19baafcd3bfeadc5438ae5ff4c2fca	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	100.000.000	26-11-2012	08:56:25.732	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2810c65fdbd6f09def49c995fa023c80	
Consortio BBO Logistics S.A-Neotek S.A-JFM Import Export - 80069320-5	103.000.000	26-11-2012	08:56:08.686	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f94d61b173ad90c19deca6a8c7ad1d18	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	104.000.000	26-11-2012	08:55:51.074	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	692d64da682daf65a9ee659ba97ccb0e	
Consortio BBO Logistics S.A-Neotek S.A-JFM Import Export - 80069320-5	105.000.000	26-11-2012	08:01:49.548	Propuesta
		Código Verificador:	3e0bf80071208914be82f3b79323b694	
SCARPE SRL - 80018104-2	115.000.000	26-11-2012	08:58:04.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ae054f671a5ac33ab6105e1b0ddc068	
SCARPE SRL - 80018104-2	118.500.000	26-11-2012	08:01:49.546	Propuesta
		Código Verificador:	7a58499497b560bd529ee492a0cc9588	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	120.000.000	26-11-2012	08:01:49.544	Propuesta
		Código Verificador:	a6e05ee0c7efc62dd33d5366f9decd0e	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	120.000.000	26-11-2012	08:40:25.714	Recepción de Lances
		Código Verificador:	ef715fed33645a6b20348b9e55bb4202	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	150.000.000	26-11-2012	08:56:22.080	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b0e7bea8301f149fc40eb1d442056de	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	165.000.000	26-11-2012	08:01:49.536	Propuesta
		Código Verificador:	c9c49c747b96ae27452430932e756b67	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	210.000.000	26-11-2012	08:01:49.538	Propuesta
		Código Verificador:	0aa5776110f4260ee0f21b0de9f460fe	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	228.360.000	26-11-2012	08:55:14.029	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b58c11a79574cc6e5a6f5c81e2edfe1	

Listado General de todas las Ofertas

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	272.250.000	26-11-2012	08:01:49.542	Propuesta
		Código Verificador:	26fd32b560e3994ced07c5a280ae8d12	
VIPAL SA - 80019247-8	3.132.696.600	26-11-2012	08:01:49.540	Propuesta
		Código Verificador:	47c8addb12938d20853dbbde45c2bfe8	

3 - Bomba de infusión a jeringa

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DEZETA S.A - 80019208-7	182.000.000	26-11-2012	09:28:18.380	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73ac2710ca3f8083c74274e6bb719e83	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	184.631.700	26-11-2012	09:27:58.796	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5caeb5c6d5d3025f3fac48af6654d5ae	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	190.000.000	26-11-2012	09:28:16.420	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56f287936b7999a7eff5104ca26ef8fa	
DEZETA S.A - 80019208-7	192.500.000	26-11-2012	09:27:52.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d1dc1724b66e7fab5235eb5dca93274	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	196.000.000	26-11-2012	09:27:52.733	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25c483da5c053670f1f55c3a04676dd1	
DEZETA S.A - 80019208-7	197.500.000	26-11-2012	09:27:28.287	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ab95179e2c62eae016821ca120b6e2e	
DEZETA S.A - 80019208-7	200.000.000	26-11-2012	09:27:15.050	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66f0d92f3a9b84e86b854fa68d8f4380	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	201.300.000	26-11-2012	09:26:59.141	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a32b660b7cd6beefb23d5e255487e1	
DEZETA S.A - 80019208-7	205.000.000	26-11-2012	09:27:08.998	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07fede7d4b12aa4037f79ba2ab75a9d1	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	210.000.000	26-11-2012	09:27:06.339	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2676e3d1b045c9c413cf9cd3b2765a4d	
DEZETA S.A - 80019208-7	210.500.000	26-11-2012	09:26:50.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08a29b3c9ddf1dd5bb8cf55e8b22eb97	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	211.200.000	26-11-2012	09:26:25.331	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a555de42659a7146852f33c982b25004	
SCARPE SRL - 80018104-2	217.000.000	26-11-2012	09:27:04.144	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8c63bab187299d292fc0395af4bf7c6	
Consortio BBO Logistics S.A.-Neotek S.A.-JFM Import Export - 80069320-5	218.900.000	26-11-2012	09:26:38.928	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f8caf7ee6cd3d0f5af52f1be85e2bca	
DEZETA S.A - 80019208-7	219.000.000	26-11-2012	08:01:49.611	Propuesta
		Código Verificador:	4c41f1d012df265db1dc3fc9c3ecbc53	
SCARPE SRL - 80018104-2	234.000.000	26-11-2012	08:01:49.607	Propuesta
		Código Verificador:	00aac205a956961493f36a9fbc4442e9	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	257.400.000	26-11-2012	08:01:49.596	Propuesta
		Código Verificador:	8fdae643cdfa3a585a981340d74de44	
VENTAS PARAGUAYAS S.A - 80012330-1	258.000.000	26-11-2012	09:27:15.598	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a67974da9b4cbdd9e09f61ccd421cb53	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	340.000.000	26-11-2012	09:20:16.105	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c44eee56b44409d1f1324fa5037279c5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	342.960.000	26-11-2012	09:29:14.807	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aad4e7945f9d24afbbf358d33a6a6f0f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	343.000.000	26-11-2012	09:28:00.562	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29fe0fa2a8be2ab686d1d2f10443389d	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	345.000.000	26-11-2012	08:01:49.605	Propuesta
		Código Verificador:	9fff2d24d76522c9d085e2e583bf66ec	
Consortio BBO Logistics S.A.-Neotek S.A.-JFM Import Export - 80069320-5	360.000.000	26-11-2012	08:01:49.609	Propuesta
		Código Verificador:	d7dc263c8c2b7e1f4c43dc3a0e740eb1	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	450.000.000	26-11-2012	08:01:49.603	Propuesta
		Código Verificador:	1870deb69ae762bcb0c17c88ba0b9f31	

Listado General de todas las Ofertas

ARGON S.R.L. - 80004373-1	474.000.000	26-11-2012	08:01:49.598	Propuesta
		Código Verificador:	44291c60953ffe99ac041b41be18e5e1	
VENTAS PARAGUAYAS S.A - 80012330-1	570.000.000	26-11-2012	09:16:47.650	Etapa de Puja
		Código Verificador:	164aca5c676bad1183b9e125eccd8f90	
VENTAS PARAGUAYAS S.A - 80012330-1	660.000.000	26-11-2012	08:01:49.601	Propuesta
		Código Verificador:	06d6c6b7ff2c628aaf2d9648d5260411	

4 - Servocuna

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SCARPE SRL - 80018104-2	204.000.000	26-11-2012	09:42:25.152	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2688310817292083447d34e4bd134426	
SCARPE SRL - 80018104-2	205.000.000	26-11-2012	09:42:12.281	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a7d5a21175e6a058b1ce8defe5ec382	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	205.700.000	26-11-2012	09:42:05.504	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f410a88a7df038aa326b63013cb449e	
SCARPE SRL - 80018104-2	206.000.000	26-11-2012	09:42:07.286	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6bcd56085d3ed18474a2127259129871	
SCARPE SRL - 80018104-2	207.000.000	26-11-2012	09:41:52.080	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	acf0a1287e2a4dfde4c29175cbf3c9c0	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	208.000.000	26-11-2012	09:41:54.316	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	559fc499068ac66e2787a8a3e4144542	
SCARPE SRL - 80018104-2	209.000.000	26-11-2012	09:41:37.276	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93b263b953af6a30a0095accc2fd9419	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	209.000.000	26-11-2012	09:41:41.090	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef56a336b9a3c250d18a8c7f9667f2f3	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	210.000.000	26-11-2012	09:41:30.588	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48590299d8b5092f8335008fa9c8a895	
SCARPE SRL - 80018104-2	211.000.000	26-11-2012	09:41:28.558	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7dbc3eb1104e55b011075f577239d19	
SCARPE SRL - 80018104-2	213.000.000	26-11-2012	09:41:20.260	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83fac311e764b102f4a2d2844acd9ba1	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	213.000.000	26-11-2012	09:41:24.987	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab43c6bc68abceef0bca5ee4168d1745	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	214.000.000	26-11-2012	09:41:19.601	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ea04972b4ec644817065386028bb0a0	
SCARPE SRL - 80018104-2	215.000.000	26-11-2012	09:41:09.737	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92ca44fd2ea76aca9d178c68af2d2cc2	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	216.000.000	26-11-2012	09:41:13.250	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	250609fdf50ee5c47edf26f3000f43b2	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	217.000.000	26-11-2012	09:41:02.701	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf51c90fb5f29e3ed5b58d9474d1fa96	
SCARPE SRL - 80018104-2	217.000.000	26-11-2012	09:41:04.506	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ca848d52c31351d7c9723b9a0dcf262	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	218.000.000	26-11-2012	09:40:55.733	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75cd2209528261281c149fc184600f94	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	219.000.000	26-11-2012	09:40:49.912	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67316ec429e80313081bd034efd86676	
SCARPE SRL - 80018104-2	220.000.000	26-11-2012	09:40:38.362	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f03e2eba445a34007ec1de7bc11851f9	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	221.000.000	26-11-2012	09:40:32.551	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f91309a3a8ac8b14047a9313be3f5f35	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	222.000.000	26-11-2012	09:40:25.738	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	6fe171f49054f07bd9c65e53c53ac461
SCARPE SRL - 80018104-2	223.000.000	26-11-2012	09:40:12.976
		Código Verificador:	5a55bde68b02d11d95e65599d80213e7
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	225.000.000	26-11-2012	09:39:36.977
		Código Verificador:	9cd8dded53d18a168b7067a8485629ad
SCARPE SRL - 80018104-2	228.500.000	26-11-2012	08:01:49.670
		Código Verificador:	e3db296a92a38fa0c82eafce9dd312c5
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	242.000.000	26-11-2012	08:01:49.656
		Código Verificador:	556026c26ce7ad70806071bdf715e13
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	288.000.000	26-11-2012	09:42:18.536
		Código Verificador:	3d6fa67910c3799034c100d588b5f79b
ARGON S.R.L. - 80004373-1	288.799.000	26-11-2012	09:42:03.492
		Código Verificador:	543ac5ef8b9a788abd38c55d251f12b6
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	288.800.000	26-11-2012	09:41:13.644
		Código Verificador:	ec39238dd12947d4f04aeb0b060bbdc
ARGON S.R.L. - 80004373-1	320.000.000	26-11-2012	09:40:35.625
		Código Verificador:	2c95c99601d33b4ab0332610fb43230e
ARGON S.R.L. - 80004373-1	325.000.000	26-11-2012	09:40:10.815
		Código Verificador:	faaf6613b3d47938a2f0d3791c6627b5
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	330.000.000	26-11-2012	08:01:49.664
		Código Verificador:	b20157776d0a8fe920fd094c55530734
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	369.600.000	26-11-2012	09:41:27.209
		Código Verificador:	11a033ab50ecebb1c5a9ea90a42e5798
Consortio BBO Logistics S.A-Neotek S.A-JFM Import Export - 80069320-5	370.000.000	26-11-2012	09:40:17.240
		Código Verificador:	72c1adcb30154560aa348ae9bdf9b55
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	388.960.000	26-11-2012	09:40:00.999
		Código Verificador:	10f9322699e83aef0a28369009e092fa
Consortio BBO Logistics S.A-Neotek S.A-JFM Import Export - 80069320-5	389.000.000	26-11-2012	09:39:44.944
		Código Verificador:	35d633c93bd453b4d83756f85194d372
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	389.840.000	26-11-2012	09:39:45.957
		Código Verificador:	b1c039f18c6abc7529a659d2ec349567
ARGON S.R.L. - 80004373-1	390.000.000	26-11-2012	08:01:49.658
		Código Verificador:	e131c730fae9cfe71030f075f71869ee
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	440.000.000	26-11-2012	08:01:49.662
		Código Verificador:	9e1e2a43421f7d08488854305dbd801a
Consortio BBO Logistics S.A-Neotek S.A-JFM Import Export - 80069320-5	600.000.000	26-11-2012	08:01:49.672
		Código Verificador:	0af250ad53244806c9a6a3d49a7f3b6c
VIPAL SA - 80019247-8	5.027.616.000	26-11-2012	08:01:49.660
		Código Verificador:	082cec711568b2fea6aa9bf393389e61

5 - Monitor multiparametrico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DEZETA S.A - 80019208-7	346.250.000	26-11-2012	08:01:49.733	Propuesta
		Código Verificador:	a70f170e1a04468da3a18ca4de7fd6b2	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	444.000.000	26-11-2012	09:59:52.687	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9aae63757a45ad65f54378d760bd284c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	580.000.000	26-11-2012	09:59:43.729	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ecda3c2c860edadfbd92c8d23723d4a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	584.900.000	26-11-2012	09:59:33.940	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a66773ab5c3aefdb8a581781497e2dfb	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	584.999.000	26-11-2012	09:59:22.171	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17dd0c3a018a8cfcc9a48074af5cdb88	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	585.000.000	26-11-2012	08:01:49.718	Propuesta
		Código Verificador:	af440100ba69ba06c0c10e0766642a2e	

Listado General de todas las Ofertas

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	875.000.000	26-11-2012	10:01:43.759	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f48846b29b051e02fa81e102dc3d14c	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	890.000.000	26-11-2012	10:01:37.444	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90bfba990cabf337ab23666faa394	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	892.500.000	26-11-2012	10:00:50.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e82c382828cb99cd2130c73f6afe369	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	920.000.000	26-11-2012	10:00:40.004	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9f8683865e02bb344e8e22148df4526	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	925.000.000	26-11-2012	09:58:57.949	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e00a3e92f06d12ca760d10cf5a8b88a	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	1.099.000.000	26-11-2012	09:59:35.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd2da5a455174b9e676b1ab9de5021b1	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.100.000.000	26-11-2012	08:01:49.722	Propuesta
		Código Verificador:	f316cd9209bf13638432e92cb3140ae7	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	1.182.500.000	26-11-2012	09:48:26.292	Recepción de Lances
		Código Verificador:	fd5366c7310f8d9dec36a9d448be7fba	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	1.350.000.000	26-11-2012	08:01:49.724	Propuesta
		Código Verificador:	211b19d7baa3eb2a12ba639f0a262488	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	1.375.000.000	26-11-2012	08:01:49.720	Propuesta
		Código Verificador:	97e5ef31d9f249a6c27103e304ca04af	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	1.375.000.000	26-11-2012	08:01:49.729	Propuesta
		Código Verificador:	3d12629bd5e20b9bce237472d0ecce04	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	1.380.000.000	26-11-2012	08:01:49.727	Propuesta
		Código Verificador:	f359f434b9e9392633a9b3ce78f97207	
Consorcio BBO Logistics S.A-Neotek S.A-JFM Import Export - 80069320-5	1.500.000.000	26-11-2012	09:52:35.403	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d85398e5715a00ed8c725c44aa34dfac	
Consorcio BBO Logistics S.A-Neotek S.A-JFM Import Export - 80069320-5	2.250.000.000	26-11-2012	08:01:49.731	Propuesta
		Código Verificador:	3ac230e58b4bc02fb036162b2dc12eed	

6 - Cama electrica para paciente

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	650.000.000	26-11-2012	10:20:38.731	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc79c1c74e963bc4c5505a0b0e4948cb	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	659.500.000	26-11-2012	10:20:26.700	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1831e5201f514ebdeb46857e7edb8298	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	660.000.000	26-11-2012	10:20:07.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	056c7920f68e2bc6ba224a7cb9350e0f	
SCARPE SRL - 80018104-2	668.500.000	26-11-2012	10:20:17.609	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07596600d763e3b3c3c5bf69ddac5d5a	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	669.000.000	26-11-2012	10:19:58.937	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	456ddb621978e7cda2706d0cadd20671	
SCARPE SRL - 80018104-2	669.500.000	26-11-2012	10:19:58.032	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8849f9dd69e1308746e38ef8e71d7515	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	670.000.000	26-11-2012	10:19:32.179	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f7107aa9967b02d9de9f463973e673d	
SCARPE SRL - 80018104-2	674.500.000	26-11-2012	10:19:42.123	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5cf9a16c09d6eca4ceef3eb7c80466bf	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	675.000.000	26-11-2012	10:19:24.364	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a36e6a4f280b381f8f29237bef72008d	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	680.000.000	26-11-2012	10:19:07.794	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96a81466c13b382bf9f4c4e938672845	
SCARPE SRL - 80018104-2	688.800.000	26-11-2012	10:18:55.243	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	c2be5e8c21482bf11128a556ac53bc7a	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	690.000.000	26-11-2012	10:18:29.303	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35b65397dbc616aedf342ce75ced209f	
SCARPE SRL - 80018104-2	699.800.000	26-11-2012	10:18:27.250	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48e7a6380d0bb998b4baddeb83a03407	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	700.000.000	26-11-2012	08:01:49.784	Propuesta
		Código Verificador:	06e5df457bef39e89acda6d59d0adbb9	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	759.599.000	26-11-2012	10:21:06.317	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0ef54ce5cb74c13354c3af5db8c3985	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	759.999.000	26-11-2012	10:20:57.048	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d9edaccbd653cc9593c144fcb53ee8c	
IMESE S.A. - 80016426-1	760.000.000	26-11-2012	10:20:34.598	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46d3c921bf55890f513186ef61d1ea51	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	762.999.000	26-11-2012	10:20:37.537	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12ceb47f10816fec2569bc6aa4183094	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	764.799.000	26-11-2012	10:20:27.313	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4eaccb80c30c974980a49425f87c2a79	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	764.999.000	26-11-2012	10:20:18.916	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87155968bbd2938bf651c906f22d0b1e	
IMESE S.A. - 80016426-1	765.000.000	26-11-2012	10:19:48.134	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2512c1ff614d9b069730f8e5cf40c89e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	769.999.000	26-11-2012	10:19:29.256	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b47cacdd84b014f734a0e08ebd7d6dac	
IMESE S.A. - 80016426-1	770.000.000	26-11-2012	10:19:08.709	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdb0ce5582473fdf5787c664d81ad5af	
SCARPE SRL - 80018104-2	777.400.000	26-11-2012	08:01:49.786	Propuesta
		Código Verificador:	4966da03df3fd7d5cc8aee8a2985336f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	779.999.000	26-11-2012	10:18:52.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	931b144a6496496a08083b7dc8b42d50	
IMESE S.A. - 80016426-1	780.000.000	26-11-2012	10:18:25.098	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6f219f7c12986ef90d1be5fae4f189a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	785.999.000	26-11-2012	10:18:28.956	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1487b52382e1234b8f82a7cc4b60e345	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	786.000.000	26-11-2012	08:01:49.782	Propuesta
		Código Verificador:	ac6d1729e323abd19a71c141b07ccc24	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	799.000.000	26-11-2012	10:06:23.797	Recepción de Lances
		Código Verificador:	0fae6263ccb4cd7fc7dec2d91c3382e0	
IMESE S.A. - 80016426-1	800.000.000	26-11-2012	08:01:49.780	Propuesta
		Código Verificador:	b845e248e13f07df119b329c44ee7a2b	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.040.000.000	26-11-2012	08:01:49.776	Propuesta
		Código Verificador:	e1913f49f9394453744533be0ee0e5fd	
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	1.400.000.000	26-11-2012	08:01:49.778	Propuesta
		Código Verificador:	485babc1a62a1a160f1328d6cf90da4d	

7 - Incubadora portatil cerrada de cuidados intensivos

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	88.880.000	26-11-2012	10:37:15.860	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd52e5b3d08566e4a97d026f79464359	
Consortio BBO Logistics S.A-Neotek S.A- JFM Import Export - 80069320-5	88.900.000	26-11-2012	10:36:53.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2236bd35b26b1dc7de6a2b83fed1f4f7	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	89.980.000	26-11-2012	10:36:40.434	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c9d022aa4e74c018c17d5fe6f372a47	
Consortio BBO Logistics S.A-Neotek S.A- JFM Import Export - 80069320-5	90.000.000	26-11-2012	10:36:07.697	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a62c67681dc3148ab20bf34da07778bb	

Listado General de todas las Ofertas

DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	91.960.000	26-11-2012	10:35:56.073	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82d456dace5e2d76144ce44678b2b9ec	
Consorcio BBO Logistics S.A-Neotek S.A-JFM Import Export - 80069320-5	92.000.000	26-11-2012	10:35:36.085	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71d22a81e16ba771f9442049a0d62e0b	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	94.380.000	26-11-2012	10:35:43.284	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3028c74ea4601ccc02a77bfb51125bdb	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	94.600.000	26-11-2012	10:35:22.441	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4e896d8d3faf9ee59e00f1960bc270a	
Consorcio BBO Logistics S.A-Neotek S.A-JFM Import Export - 80069320-5	96.000.000	26-11-2012	10:35:21.529	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c92253321173046441f124c15967f57	
SCARPE SRL - 80018104-2	96.500.000	26-11-2012	10:35:53.348	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b08ed3e0811a19618cebe820724627d3	
SCARPE SRL - 80018104-2	96.700.000	26-11-2012	10:35:48.517	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d0405021751b68191a89ef065f84c3c	
SCARPE SRL - 80018104-2	96.800.000	26-11-2012	10:35:27.692	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd36346c73a5f84c0f29419c6e22aaaa	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	96.800.000	26-11-2012	10:35:28.318	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfd856d6355b923c2cee4e745ec471ce	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	97.000.000	26-11-2012	10:35:13.596	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c000ff3ff00225e8598be5f07156dd12	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	97.900.000	26-11-2012	10:35:17.656	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	334bbeca37a9ef741233b313770e618f	
Consorcio BBO Logistics S.A-Neotek S.A-JFM Import Export - 80069320-5	98.000.000	26-11-2012	10:35:01.418	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	220850595dd9179d6584c678d92e1ef7	
SCARPE SRL - 80018104-2	99.800.000	26-11-2012	10:35:07.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56a30ddfd4915c7156c9c8cad7e6bc49	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	99.880.000	26-11-2012	10:35:00.750	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69c7592ebb3e80874d1a99d52fa162e5	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	100.000.000	26-11-2012	10:34:44.011	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98de2c807b7d6b6851f1a53d6307a9a5	
Consorcio BBO Logistics S.A-Neotek S.A-JFM Import Export - 80069320-5	101.000.000	26-11-2012	10:34:54.849	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de6b28b1a299aea1953257565336a4d7	
SCARPE SRL - 80018104-2	102.500.000	26-11-2012	10:34:46.902	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30c59d6bf594f58e7b4394085c8acbff	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	103.000.000	26-11-2012	10:34:32.676	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f9fffa864a3e71db4d876da496d6c3cd	
Consorcio BBO Logistics S.A-Neotek S.A-JFM Import Export - 80069320-5	103.000.000	26-11-2012	10:34:48.307	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0fb8e2d2acf705dfc778fe29e831157d	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	103.840.000	26-11-2012	10:34:49.180	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08ae1aa832176411fa6a357b7619edbb	
Consorcio BBO Logistics S.A-Neotek S.A-JFM Import Export - 80069320-5	104.000.000	26-11-2012	10:34:38.163	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e074d34bb5076e2258bdf8e778d0b06d	
SCARPE SRL - 80018104-2	104.500.000	26-11-2012	10:34:40.324	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c6e0c375b0d5f7408f259d5d4c3599e	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	104.940.000	26-11-2012	10:28:22.196	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7e0725d269b40f731bd4685b0e27b7a6	
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	110.000.000	26-11-2012	08:01:49.821	Propuesta
		Código Verificador:	2dbacd386a8cc8884e75e0c4b654cfda	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	110.000.000	26-11-2012	08:01:49.823	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	d543871f68f00e857562cb788d99ec58	
SCARPE SRL - 80018104-2	112.900.000	26-11-2012	08:01:49.825	Propuesta
		Código Verificador:	906cea825992e60eae922d3e1d9dc63d	
Consorcio BBO Logistics S.A-Neotek S.A- JFM Import Export - 80069320-5	144.000.000	26-11-2012	08:01:49.827	Propuesta
		Código Verificador:	d973b8c33cbbfbc2247e8b2e88aeb24d	

8 - Respirador volumetrico para UTI

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	1.744.600.000	26-11-2012	10:59:58.488	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8043833fcddef440680b2b044b74ab688	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	1.848.000.000	26-11-2012	10:58:10.098	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06cccbd519d713e4da2f8e91834df127	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	1.883.200.000	26-11-2012	10:57:07.365	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdb1a9994e9801d5ef1fd6e70858b508	
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	1.914.000.000	26-11-2012	08:01:49.875	Propuesta
		Código Verificador:	fd20f3df2e9c2514870d29c3fbc7f8ad	
IMESE S.A. - 80016426-1	2.000.000.000	26-11-2012	08:01:49.877	Propuesta
		Código Verificador:	dc220df867e27e7577f3ec4ccf1caef1	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	2.400.000.000	26-11-2012	08:01:49.880	Propuesta
		Código Verificador:	b0baa6b375f69a77b493b64fb304686b	
SCARPE SRL - 80018104-2	3.022.400.000	26-11-2012	08:01:49.882	Propuesta
		Código Verificador:	1e74574ef7e6f1b4c128ade9ad1a4745	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Incubadoras

Oferente	Mejor Precio
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	335.000.000
SCARPE SRL - 80018104-2	340.000.000
Consorcio BBO Logistics S.A-Neotek S.A- JFM Import Export - 80069320-5	510.000.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	514.800.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	515.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	550.000.000

2 - Luminoterapia

Oferente	Mejor Precio
Consorcio BBO Logistics S.A-Neotek S.A- JFM Import Export - 80069320-5	87.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	88.500.000
SCARPE SRL - 80018104-2	115.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	120.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	150.000.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	228.360.000
VIPAL SA - 80019247-8	3.132.696.600

3 - Bomba de infusion a jeringa

Oferente	Mejor Precio
DEZETA S.A - 80019208-7	182.000.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	184.631.700
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	190.000.000
SCARPE SRL - 80018104-2	217.000.000
Consorcio BBO Logistics S.A-Neotek S.A- JFM Import Export - 80069320-5	218.900.000
VENTAS PARAGUAYAS S.A - 80012330-1	258.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	342.960.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	345.000.000
--	-------------

4 - Servocuna

Oferente	Mejor Precio
SCARPE SRL - 80018104-2	204.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	205.700.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	288.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	288.799.000
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	369.600.000
Consorcio BBO Logistics S.A-Neotek S.A- JFM Import Export - 80069320-5	370.000.000
VIPAL SA - 80019247-8	5.027.616.000

5 - Monitor multiparametrico

Oferente	Mejor Precio
DEZETA S.A - 80019208-7	346.250.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	444.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	580.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	875.000.000
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	890.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	1.182.500.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	1.375.000.000
Consorcio BBO Logistics S.A-Neotek S.A- JFM Import Export - 80069320-5	1.500.000.000

6 - Cama electrica para paciente

Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	650.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	659.500.000
SCARPE SRL - 80018104-2	668.500.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	759.599.000
IMESE S.A. - 80016426-1	760.000.000
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	1.400.000.000

7 - Incubadora portatil cerrada de cuidados intensivos

Oferente	Mejor Precio
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	88.880.000
Consorcio BBO Logistics S.A-Neotek S.A- JFM Import Export - 80069320-5	88.900.000
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4	94.600.000
SCARPE SRL - 80018104-2	96.500.000

8 - Respirador volumetrico para UTI

Oferente	Mejor Precio
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA - 80013820-1	1.744.600.000
IMESE S.A. - 80016426-1	2.000.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	2.400.000.000
SCARPE SRL - 80018104-2	3.022.400.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80001446-4 - VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA

Item	Precio Ganador
1 - Incubadoras	335.000.000

Proveedor: 80011068-4 - LA CASA DEL MEDICO S.A.

Item	Precio Ganador
6 - Cama electrica para paciente	650.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013820-1 - DISTRIBUIDORA YPACARAI SA

Item	Precio Ganador
7 - Incubadora portatil cerrada de cuidados intensivos	88.880.000
8 - Respirador volumetrico para UTI	1.744.600.000

Proveedor: 80018104-2 - SCARPE SRL

Item	Precio Ganador
4 - Servocuna	204.000.000

Proveedor: 80019208-7 - DEZETA S.A

Item	Precio Ganador
3 - Bomba de infusion a jeringa	182.000.000
5 - Monitor multiparametrico	346.250.000

Proveedor: 80069320-5 - Consorcio BBO Logistics S.A-Neotek S.A- JFM Import Export

Item	Precio Ganador
2 - Luminoterapia	87.000.000

Listado de Mensajes

1 - Incubadoras

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-11-2012	08:15:30.371
Buenos días, comenzamos la Subasta.	26-11-2012	08:15:37.649
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	26-11-2012	08:19:41.738
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-11-2012	08:24:15.447
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-11-2012	08:24:18.146
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-11-2012	08:31:38.637
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-11-2012	08:37:37.664
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-11-2012	08:37:37.742

2 - Luminoterapia

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-11-2012	08:38:16.338
Continuamos con la Subasta.	26-11-2012	08:38:23.937
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	26-11-2012	08:39:48.674
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-11-2012	08:48:57.494
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-11-2012	08:48:59.697
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-11-2012	08:54:59.932
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-11-2012	09:04:55.969
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-11-2012	09:04:56.035

3 - Bomba de infusion a jeringa

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-11-2012	09:10:08.174
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	26-11-2012	09:11:37.398
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-11-2012	09:12:49.357
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-11-2012	09:12:51.594
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-11-2012	09:26:16.268
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-11-2012	09:29:16.319
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-11-2012	09:29:16.386

4 - Servocuna

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

26-11-2012

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-11-2012	09:30:10.465
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	26-11-2012	09:30:17.680
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-11-2012	09:33:26.104
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-11-2012	09:33:30.000
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-11-2012	09:39:30.076
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-11-2012	09:42:30.191
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-11-2012	09:42:30.244

5 - Monitor multiparametrico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-11-2012	09:45:08.489
Continuamos con la Subasta.	26-11-2012	09:45:15.266
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	26-11-2012	09:45:17.738
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-11-2012	09:51:33.564
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-11-2012	09:51:35.575
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-11-2012	09:58:35.482
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-11-2012	10:02:27.678
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-11-2012	10:02:27.734

6 - Cama electrica para paciente

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-11-2012	10:03:03.637
Continuamos con la Subasta.	26-11-2012	10:03:09.954
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	26-11-2012	10:03:25.296
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	26-11-2012	10:10:07.169
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	26-11-2012	10:12:07.178
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-11-2012	10:12:09.313
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-11-2012	10:12:11.197
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-11-2012	10:18:11.253
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-11-2012	10:21:11.489
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-11-2012	10:21:11.696

7 - Incubadora portatil cerrada de cuidados intensivos

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-11-2012	10:23:35.587
Continuamos con la Subasta.	26-11-2012	10:23:40.235
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	26-11-2012	10:23:43.769
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	26-11-2012	10:26:43.622
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	26-11-2012	10:27:05.007
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-11-2012	10:27:06.014
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-11-2012	10:27:08.496
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-11-2012	10:34:22.272
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-11-2012	10:37:22.350
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-11-2012	10:37:22.458

8 - Respirador volumetrico para UTI

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-11-2012	10:41:09.950
Continuamos con la Subasta.	26-11-2012	10:41:14.900
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	26-11-2012	10:41:17.626
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	26-11-2012	10:41:21.265
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	26-11-2012	10:50:47.171
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-11-2012	10:50:49.091

Listado de Mensajes

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-11-2012	10:50:52.180
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-11-2012	10:56:52.433
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-11-2012	11:04:21.467
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-11-2012	11:04:21.531

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.