

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 352128

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:01 del día 25/10/2018, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 352128 - ADQUISICIÓN DE LÁMPARA SCIALITICA Y MESA DE CIRUGIA MULTIFUNCIÓN - PLURIANUAL de la Institución:

Código Verificador: 350dd13907bbd52cedb7deaf2b7142b5

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio del Interior
UOC:	Policia Nacional
Código SICP:	1050

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCIÓN VII – F) Cualquier otro documento adicional requerido - b) Copia de contratos y/o facturaciones En una parte de este inciso b) dice: deberán ser en provisión de bienes objeto del presente llamado (muebles y/o electrodomésticos y/o aparatos telefónicos). Entendemos que se ha deslizado un error – involuntario – en la transcripción de esta parte; por lo que solicitamos a la Convocante corregirlo. Teniendo en cuenta que el nombre del llamado es LÁMPARA SCIALITICA Y MESA DE CIRUGIA MULTIFUNCIÓN ; consideramos que lo correcto es que se solicite de la siguiente forma: b) Copia de contratos y/o facturaciones, con su respectiva nota de remisión y constancia de cumplimiento satisfactorio, deberán ser en provisión de bienes objeto del presente llamado (Lámparas Scialíticas y Mesas de Cirugías). Para dicho efecto se deberá presentar un contrato y/o facturaciones por cada año con sus respectivas recepciones finales y/o constancia de cumplimiento, pudiendo presentarse los que fueren necesarios para acreditar el volumen (50% de la oferta) solicitado. No se considerarán contratos y/o facturas que no estén acompañadas de las constancias de cumplimiento o recepción final.	26-09-2018	11:29:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda 01	26-09-2018	15:35:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCIÓN VII – F) Cualquier otro documento adicional requerido - b) Copia de contratos y/o facturaciones En una parte de este inciso b) dice: y constancia de cumplimiento satisfactorio. Solicitamos a la Convocante acepte la presentación de Actas de Recepción Final o Definitiva a fin de dar cumplimiento a este requisito.	26-09-2018	11:31:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El requerimiento del Pliego de Bases y Condiciones determina Para dicho efecto se deberá presentar un contrato y/o facturaciones por cada año con sus respectivas recepciones finales y/o constancia de cumplimiento, pudiendo presentarse los que fueren necesarios para acreditar el volumen (50% de la oferta) solicitado. No se considerarán contratos y/o facturas que no estén acompañadas de las constancias de cumplimiento o recepción final, por lo que el Acta de Recepción Definitiva determina que la empresa ha cumplido de forma satisfactoria con la provisión.	03-10-2018	15:52:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCIÓN VII – F) Cualquier otro documento adicional requerido - b) Copia de contratos y/o facturaciones En una parte de este inciso b) dice: No se considerarán contratos y/o facturas que no estén acompañadas de las constancias de cumplimiento o recepción final. Muchas ventas de estos equipos son a Personas físicas o jurídicas del sector privado, por lo que generalmente no se emiten constancias de cumplimiento o recepción final . Por lo expuesto, solicitamos a la Convocante acepte la presentación de Notas de Remisión para el caso de las Facturas de Ventas al Sector Privado.	26-09-2018	11:32:21
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo que se busca con este requisito es garantizar que el oferente haya cumplido de manera satisfactoria con la provisión de bienes, por lo que se solicita a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones	03-10-2018	15:53:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El nombre del llamado dice LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 39/2018 ADQUISICIÓN DE LÁMPARA SCIALITICA Y MESA DE CIRUGIA MULTIFUNCIÓN AIRE - ID N° 352128 . Creemos que la palabra AIRE está demás en este nombre del llamado. Solicitamos la revisión y corrección del mismo (si correspondiere).-	26-09-2018	11:33:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda 01	26-09-2018	15:36:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCIÓN VII – F) Cualquier otro documento adicional requerido - i) Centro Autorizado del servicio para la marca ofertada, otorgada por el fabricante del bien ¿a qué documento se refiere esta solicitud? En la carta de autorización del fabricante – a ser presentada - se menciona que estamos autorizados para prestar servicio técnico de la marca ofertada ¿se puede presentar este documento para cumplir con este inciso?	26-09-2018	11:34:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá demostrar que cuenta con un Centro de Servicios Autorizado por el fabricante a fin de garantizar las garantías y servicios solicitados en las Especificaciones Técnicas	03-10-2018	15:53:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCIÓN VII – F) Cualquier otro documento adicional requerido - m) Planilla de datos garantizados m) Planilla de datos garantizados donde el oferente describa las características del equipo ofertado, no deberá ser una copia de las especificaciones descritas en el Pliego de Bases y Condiciones. Nos parece plausible que la Convocante exija que el oferente describa las características del equipo ofertado. Consideramos que para una correcta evaluación, la Convocante también debería solicitar la siguiente planilla: PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: las que deberán ser completadas con SI o NO en la columna CUMPLE, indicando claramente los parámetros del equipo ofertado en la columna PARAMETROS, y el Nro. De Folio en la columna FOLIO. Esta columna es de suma importancia pues en ella se indica la página del catálogo, manual de usuario o servicio del fabricante en donde se encuentra el parámetro que está siendo analizado. Estos parámetros deberán ser resaltados e indicados claramente de manera a que se pueda comprobar todas las especificaciones técnicas requeridas. Las planillas de especificaciones técnicas así como los catálogos y/o manuales en donde las mismas puedan ser comprobadas, deberán presentarse en formato impreso y formato digital (PDFs en CD) en su totalidad, dicho requisito es sustancial para la verificación de las especificaciones técnicas y la adjudicación /descalificación del o de los equipos	26-09-2018	11:35:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:03:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCIÓN VII – F) Cualquier otro documento adicional requerido - n) Copia autenticada de la Habilitación vigente expedida por el MSPBS, como importador/ representante/ distribuidor de dispositivos médicos. Solicitamos a la Convocante que además de esta Habilitación, también exija la presentación de: Certificado o constancia de habilitación del servicio técnico, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Este documento es necesario, pues el llamado es para la adquisición de equipos médicos que requieren de asistencias técnicas especializadas y habilitadas por el MSPyBS.	26-09-2018	11:38:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:03:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PLAN DE ENTREGAS Solicitamos a la Convocante que el plazo de entrega sea en un plazo no mayor a 60 (sesenta) días calendarios posteriores al cobro del Anticipo.-	26-09-2018	11:43:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La entrega de los bienes no está sujeta al cobro de anticipo por lo que se solicita al oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	03-10-2018	16:00:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CGC 27 Respetuosamente solicitamos a la Convocante que El valor de las multas sea: 0,1 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados. La tasa que se pretende aplicar (que es del 0,5% por día) es muy elevada.	26-09-2018	11:49:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El valor de la multa establecido según CGC 27, es el valor utilizado para todos los procesos de contratación de ésta convocante, por lo que la convocante no considera disminuir el porcentaje, por lo mismo se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones .	04-10-2018	13:10:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite 1.5 Normas de calidad: FDA, ISO, CE, DIN y TÜV, ó al menos 3 de ellas Respetuosamente solicitamos a la Convocante aceptar al menos 2 de ellas.-	26-09-2018	14:52:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:10:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 2.2 Carcasa de aluminio sellado para fácil desinfección Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 2.2 Carcasa de aluminio o PVC (alta resistencia) sellado para fácil desinfección.- A fin de permitir la participación de mas de un oferente.	26-09-2018	14:53:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:11:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 2.5 Índice de protección de las cúpulas: IP 54 conforme a norma IEC 144 Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 2.5 Índice de protección de las cúpulas: IP 54 conforme a norma IEC 144 o similar.- A fin de permitir la participación de mas de un oferente.	26-09-2018	14:53:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:12:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 2.8 Reproducción cromática CRI: 97 Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 2.8 Reproducción cromática CRI: 90 o mayor.-	26-09-2018	14:53:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:13:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 2.9 Reproducción cromática Rg: 98 Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 2.9 Reproducción cromática Rg: 90 o mayor.-	26-09-2018	14:54:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:14:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 3.2 Regulable entre 10 a 100% Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 3.2 Regulable entre 25 a 100%.-	26-09-2018	14:54:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:14:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 3.3 Diámetro de la cúpula: de al menos 750 mm Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 3.3 Diámetro de la cúpula: de 650 mm o mayor.-	26-09-2018	14:54:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:15:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 3.6 Diámetro del campo: d10 de al menos 190 mm Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 3.6 Diámetro del campo: de 190 mm o mayor.-	26-09-2018	14:54:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:15:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 4.1 Voltaje: 90-250 V AC (min/max), 50 – 60 Hz, potencia de 80 Watt Solicitamos a la Convocante eliminar la parte que dice potencia de 80 Watt por restringir la participación de mas oferentes.-	26-09-2018	14:55:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:16:16

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 4.3 Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1 Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 4.3 Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1 o similar.-	26-09-2018	14:55:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:16:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 4.4 Clase de protección IP 54.- Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 4.4 Clase de protección IP 54 o similar.-	26-09-2018	14:55:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:16:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 1: Lámpara scialitica con satélite. 4.6 Incluir la provisión de 5 focos.- Por tratarse de luces LED; solicitamos a la Convocante excluir la provisión de 5 focos, pues estos se fabrican por módulos y no por focos.-	26-09-2018	14:55:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:11:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite 1.5 Normas de calidad: FDA, ISO, CE, DIN y TÜV, ó al menos 3 de ellas Respetuosamente solicitamos a la Convocante aceptar al menos 2 de ellas.-	26-09-2018	14:56:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:17:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. 2.2 Carcasa de aluminio sellado para fácil desinfección Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 2.2 Carcasa de aluminio o PVC (alta resistencia) sellado para fácil desinfección.- A fin de permitir la participación de mas de un oferente.	26-09-2018	14:56:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:18:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. 2.5 Índice de protección de las cúpulas: IP 54 conforme a norma IEC 144 Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 2.5 Índice de protección de las cúpulas: IP 54 conforme a norma IEC 144 o similar.- A fin de permitir la participación de mas de un oferente.	26-09-2018	14:56:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:18:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. 2.8 Reproducción cromática CRI: 97 Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 2.8 Reproducción cromática CRI: 90 o mayor.-	26-09-2018	14:57:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:19:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. 3.2 Regulable entre 10 a 100% Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 3.2 Regulable entre 25 a 100%.-	26-09-2018	14:57:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	04-10-2018	13:19:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. 3.3 Diámetro de la cúpula: de al menos 750 mm Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 3.3 Diámetro de la cúpula: de 650 mm o mayor.-	26-09-2018	14:57:38
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:21:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. 3.6 Diámetro del campo: d10 de al menos 190 mm Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 3.6 Diámetro del campo: de 190 mm o mayor.-	26-09-2018	14:58:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:21:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. Lámpara scialitica con satélite. 4.1 Voltaje: 90-250 V AC (min/max), 50 – 60 Hz, potencia de 80 Watt Solicitamos a la Convocante eliminar la parte que dice potencia de 80 Watt por restringir la participación de mas oferentes.-	26-09-2018	14:58:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:22:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. Lámpara scialitica con satélite. 4.1 Voltaje: 90-250 V AC (min/max), 50 – 60 Hz, potencia de 80 Watt Solicitamos a la Convocante eliminar la parte que dice potencia de 80 Watt por restringir la participación de mas oferentes.-	26-09-2018	15:01:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:22:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. 5.3 Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1 Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 5.3 Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1 o similar.-	26-09-2018	15:01:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:23:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. 5.4 Clase de protección IP 54.- Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 5.4 Clase de protección IP 54 o similar.-	26-09-2018	15:02:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:23:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 2: Lámpara scialitica con satélite. 5.6 Incluir la provisión de 5 focos.- Por tratarse de luces LED; solicitamos a la Convocante excluir la provisión de 5 focos, pues estos se fabrican por módulos y no por focos.-	26-09-2018	15:02:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:23:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 3: Lámpara scialíticas de pie. 8 Incluir la provisión de 5 focos.- Por tratarse de luces LED; solicitamos a la Convocante excluir la provisión de 5 focos, pues estos se fabrican por módulos y no por focos.-	26-09-2018	15:02:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:24:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.7 Rango de regulación: gama de iluminación para la adaptación optimizada para diversos tipos de tejidos biológicos. Además del rango de regulación, ¿es necesario que la cialítica cuente con modo especial de endoscopia, luz verde o blanca?	26-09-2018	16:10:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Para este ítem no es necesario que la cialítica cuente con modo especial de endoscopia, luz verde o blanca	03-10-2018	16:07:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto 2.6 solicitan Temperatura de color variable y en el 3.7 establecen Temperatura de color regulable: 4.800K Para que estos dos puntos esten en concordancia creemos que el 3.7 debería decir Temperatura de color regulable: 3.800, 4.300 y 4.800K	26-09-2018	16:13:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:24:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.6 Incluir la provisión de 5 focos. Como lo solicitado son lámparas LED cuya vida útil supera las 50.000horas de uso, creemos que este punto aumentará el valor del equipo, sin ninguna necesidad, pues las lámparas LED prácticamente no requieren cambio. No solo se deben proveer focos, sino todo un panel para un segmento, cuyo costo es bastante alto y el precio referencial no prevé dichos costos adicionales. Rogamos a la convocante eliminar este requisito.	26-09-2018	16:18:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:25:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.7 Rango de regulación: gama de iluminación para la adaptación optimizada para diversos tipos de tejidos biológicos. Además del rango de regulación, ¿es necesario que la lámpara cuente con modo especial de endoscopia, luz verde o blanca?	26-09-2018	16:21:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:25:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.6 Incluir la provisión de 5 focos. Como lo solicitado son lámparas LED cuya vida útil supera las 50.000horas de uso, creemos que este punto aumentará el valor del equipo, sin ninguna necesidad, pues las lámparas LED prácticamente no requieren cambio. No solo se deben proveer focos, sino todo un panel para un segmento, cuyo costo es bastante alto y el precio referencial no prevé dichos costos adicionales. Rogamos a la convocante eliminar este requisito.	26-09-2018	16:33:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:25:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3.1 Dimensiones: 75cm x 65cm (±5cm) Podrían otorgar un rango de ±10cm, para permitir una mayor participación de oferentes	26-09-2018	16:35:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:25:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3.3 Peso individual (cúpula - pedestal): no mayor a 17kg. ¿Se puede cotizar con peso no mayor a 20kg?	26-09-2018	17:10:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse a las modificaciones realizadas según Adenda 03.	04-10-2018	13:27:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Los puntos 3.4; 3.5; 3.6 y 3.7 podrían ser considerados como opcionales, considerando a que no hacen a las especificaciones técnicas propias de la fuente de luz y por lo general no se especifican en los catálogos	26-09-2018	17:11:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Pueden ser opcionales, o si pueden describir de la alguna forma (no precisamente valores), ya que buscamos la facilidad de movilidad tanto del pedestal, cúpula, direcciones, que se realizarían durante una cirugía, y cuya movilidad debería estar accesible a cualquier personal del quirófano. Se han realizado modificaciones según Adenda 03.	04-10-2018	13:29:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3.20 Iluminación atenuada entre 30% (±2,5%) a 97,5% (±2,5%) para procedimientos endoscópicos. ¿Se puede cotizar con iluminación atenuada de 10% a 100%, mejor que lo solicitado?	26-09-2018	17:15:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.	04-10-2018	13:30:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

2.3.1 Sistema de baterías ¿Es necesario que se pueda visualizar el nivel de la batería a través de visores LED montados en la base rodante?	26-09-2018	17:17:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La necesidad de contar con visores es a fin de controlar el uso de batería por lo que el tipo de visor no afecta la funcionalidad del equipo	03-10-2018	16:08:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Altura mínima (sin incluir colchón) Con movimiento eléctrico: 600mm o menor ¿Se puede cotizar de 615mm o menor?	26-09-2018	17:19:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Una mesa con una altura baja es adecuada, por posicionamiento y ergonomía, para cirugías oftalmológicas y neuroquirúrgicas. Por lo tanto, el oferente debe adecuarse a las especificaciones del pliego	03-10-2018	16:09:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.15 Movimiento de inclinación derecha. Con movimiento eléctrico, 15° ¿Se puede cotizar de 15° o mayor, considerando que una angulación mayor siempre es mejor?	26-09-2018	17:20:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.	04-10-2018	13:30:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.16 Movimiento de inclinación izquierda. Con movimiento eléctrico, 15° ¿Se puede cotizar de 15° o mayor, considerando que una angulación mayor siempre es mejor?	26-09-2018	17:21:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.	04-10-2018	13:31:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.24 Posición Flex Inverso de 70° o mejor con movimiento eléctrico con subida de cabecera 45° y subida de piernera de 25° ¿Se puede cotizar con movimiento de piernera de 20° o mejor?	26-09-2018	17:23:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a las Especificaciones determinadas en el Pliego de Bases y Condiciones	03-10-2018	16:09:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Es necesario que la mesa cuente con movimiento longitudinal de al menos 300mm?	26-09-2018	17:24:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No requiere, por lo que se solicita a los potenciales oferentes remitirse a las Especificaciones determinadas en el Pliego de Bases y Condiciones	03-10-2018	16:10:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.3 Espesura o altura de colchones: 70mm o mayor ¿Se puede cotizar de 60mm o mayor?	26-09-2018	17:24:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.	04-10-2018	13:32:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6.13 Colchoneta torácica ¿Se puede cotizar con ±20mm en las medidas?	26-09-2018	17:26:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.	04-10-2018	13:33:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El numeral 6.16 limita totalmente el ítem a un sólo posible oferente. Solicitamos que la misma sea eliminada o en todo caso sea opcional, considerando que se solicita una mesa con todos los accesorios necesarios y la solicitud de compatibilidad contradice la libre competencia de la Ley de contrataciones Públicas.	26-09-2018	17:29:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Hospital no puede tener una mesa quirúrgica y accesorios exclusivos para cada tipo de cirugía. Los accesorios deben ser compatibles con las mesas quirúrgicas que posee el hospital de forma a optimizar los recursos disponibles. El oferente debe adecuarse a las especificaciones del pliego	03-10-2018	16:11:57

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Largo de la mesa: al menos 213cm ¿Se puede cotizar con al menos 200cm?	26-09-2018	17:30:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.	04-10-2018	13:33:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ancho de la mesa: al menos 56cm ¿Se puede cotizar con al menos 52cm?	26-09-2018	17:31:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.	04-10-2018	13:34:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Elevación de 70cm o menos a 105cm o más (eléctrica) ¿Se puede cotizar con elevación de 74cm o menos a 105cm o más (eléctrica)	26-09-2018	17:32:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.	04-10-2018	13:34:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Inclinación lateral: $\pm 20^\circ$ o mas (eléctrica) ¿Se puede cotizar de $\pm 16^\circ$ o más (eléctrica)	26-09-2018	17:33:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	03-10-2018	16:12:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Trendeamburg directo e inverso: $\pm 30^\circ$ (eléctrica) ¿Se puede cotizar de $20^\circ/ 16^\circ$ eléctrica?	26-09-2018	17:34:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	03-10-2018	16:13:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Elevación de sección riñones 115mm ¿Se puede cotizar con $\pm 5\text{mm}$?	26-09-2018	17:36:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.	04-10-2018	13:35:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Duración de la carga de la batería mínimo 4hs ¿Se puede cotizar con un mínimo de 3 horas?	26-09-2018	17:37:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.	04-10-2018	13:36:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Peso de la mesa: no más de 200kg. ¿Se puede cotizar con no más de 220kg?	26-09-2018	17:38:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.	04-10-2018	13:36:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Los 60 días son posteriores al pago del anticipo, considerando la finalidad que cumple el otorgar un anticipo financiero?	26-09-2018	17:40:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La entrega de los bienes no está sujeta al cobro de anticipo por lo que se solicita al oferente ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones	04-10-2018	11:28:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

ITEM 4: Mesa de cirugía multifunción. 2.6 Cuatro ruedas. Con pedal de bloqueo para frenado de la mesa localizado en la base.- Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas con: 2.6 Cuatro ruedas. Con pedal o botón de bloqueo para frenado de la mesa localizado en la base o en el control alámbrico.- A fin de permitir la participación de mas de un oferente.	27-09-2018	08:58:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.	04-10-2018	13:37:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 4: Mesa de cirugía multifunción. 5.2 Alimentación eléctrica de la bomba electrohidráulica: No debe superar 30VDC. No se aceptarán bombas electrohidráulicas con alimentación 220VAC/50Hz, por seguridad del usuario y del paciente Solicitamos a la Convocante eliminar este numeral por restringir la participación de mas oferentes.-	27-09-2018	08:58:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita adecuarse al Pliego de bases y condiciones	03-10-2018	16:16:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 4: Mesa de cirugía multifunción: 6.16: La mesa ofertada debe ser totalmente compatible con los dispositivos de tracción, accesorios para cirugía de columna y accesorios de posicionamiento con que actualmente cuenta el hospital. La compatibilidad implica que dichos accesorios deben ser acoplados directamente a la mesa sin adaptaciones. Solicitamos a la Convocante eliminar este numeral por restringir la participación de mas de un oferente. Las licitaciones públicas no pueden estar sujetas a este tipo de requisitos, pues si fuere así, estarían incumpliendo lo establecido en el artículo N° 4 de la Ley 2051 que fomenta la libre participación e igualdad de competencia.	27-09-2018	08:59:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Hospital no puede tener una mesa quirúrgica y accesorios exclusivos para cada tipo de cirugía. Los accesorios deben ser compatibles con las mesas quirúrgicas que posee el hospital de forma a optimizar los recursos disponibles. El oferente debe adecuarse a las especificaciones del pliego	03-10-2018	16:17:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan normas de calidad; solicitamos amablemente que se habilite las normas de calidad del Mercosur para dar mayor participación a proveedores tradicionales de nuestro medio. Además solicitar 3 como mínimo es un despropósito, es más que suficiente con 2 certificados de calidad.	27-09-2018	09:38:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.	04-10-2018	13:37:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan Carcasa de aluminio, solicitamos para no limitar el llamado que se incorpore el término o de mejor calidad, por que no tiene sentido solicitar que solo sea de aluminio, cuando que hay otros materiales de mucha mejor calidad.	27-09-2018	09:39:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.	04-10-2018	13:38:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos permitan cotizar "altura del brazo ajustable de 1100mm como minimo, esto no hace ninguna diferencia en la prestación del equipo.	27-09-2018	09:44:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.	04-10-2018	13:38:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: "Suspensión a cardan para la colocación de la luminaria", solicitamos que agreguen o de mejor calidad. Cada fabricante tiene su esquema de fabricación y mucho de ellos ya no usan el sistema de cardan, si no más bien sistemas neumáticos y/o por amortiguadores, de mucho mejor prestación. No limiten la participación, por una menor especificación.	27-09-2018	09:47:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita adecuarse al Pliego de bases y condiciones	03-10-2018	16:17:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En general todas las especificaciones técnicas son limitativas ya que los valores solicitados son absolutos, no se establecen como mínimo o máximo, o dentro de un rango o con un % de +/- y un valor numérico.	27-09-2018	09:55:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se han realizado modificaciones según Adenda 03.		04-10-2018	13:38:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Insistimos no limiten la participación con especificaciones incluso de menor prestación. Donde solicitan Estructura formada por: brazo horizontal, brazo de muelle, sistema de cardán y cúpula. Este sistema de cardan no todos los fabricantes lo utilizan, ya que existen otros mecanismos y de mejor prestación para esta especificación. solicitamos incorporen el término "o de mejor prestación"		27-09-2018	09:59:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.		04-10-2018	13:39:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
2.8 Reproducción Cromática CRI: 97 ¿Se podrá ofertar con Reproducción Cromática CRI: 96?		27-09-2018	10:47:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.		04-10-2018	13:40:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
2.9 Reproducción Cromática RG:98 Solicitamos ampliar el rango a "Reproducción Cromática RG: 94-98" para permitir una mayor participación de oferentes		27-09-2018	10:54:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.		04-10-2018	13:40:13
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
3,3 Diámetro de la cúpula: de al menos 750 mm Solicitamos ampliar el rango a "Diámetro de la cúpula de al menos 700 mm" para permitir una mayor participación de oferentes		27-09-2018	10:56:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.		04-10-2018	13:40:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
3.4 Irradiación total a 100.000 lx: 364 W/m2 Solicitamos ampliar el rango permitiendo ofertar entre "Irradiación total a 100.000 lx: 364 W/m2 a 380 W/m2" para una mayor participación de oferentes		27-09-2018	11:05:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.		04-10-2018	13:40:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
2.8 Reproducción Cromática CRI: 97 Solicitamos ampliar el rango permitiendo ofertar con "Reproducción Cromática CRI: 96-97" esto para permitir una mayor participación de oferentes		27-09-2018	11:13:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.		04-10-2018	13:40:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
2.9 Reproducción Cromática RG:98 Solicitamos ampliar el rango a "Reproducción Cromática RG: 94-98" para permitir una mayor participación de oferentes		27-09-2018	11:18:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.		04-10-2018	13:41:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
3.3 Diámetro de la cúpula: de al menos 750 mm Solicitamos ampliar el rango a "Diámetro de la cúpula de al menos 700 mm" para permitir una mayor participación de oferentes.		27-09-2018	11:23:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.		04-10-2018	13:41:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
3.4 Irradiación total a 100.000 lx: 364 W/m2 Solicitamos ampliar el rango permitiendo ofertar entre "Irradiación total a 100.000 lx: 364 W/m2 a 380 W/m2" para una mayor participación de oferentes		27-09-2018	11:24:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se han realizado modificaciones según Adenda 03.		04-10-2018	13:41:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
3.7 Temperatura de color regulable: 3.800K, 4.300K y 4.800K. Solicitamos ampliar el rango permitiendo ofertar con temperatura de color regulable: 3.500K-3.800K , 4.000K-4.300K y 4.500K-5.000K, para poder permitir una mayor participación de oferentes.		27-09-2018	11:28:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita adecuarse al Pliego de bases y condiciones		03-10-2018	16:18:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
2 CARACTERÍSTICAS GENERALES ANCHO DE LA MESA AL MENOS 56 CM SOLICITAMOS AMPLIAR EL RANGO PERMITIENDO OFERTAR CON ANCHO DE LA MESA DE AL MENOS 54 CM, PARA PERMITIR UN MAYOR NUMERO DE OFERENTES		27-09-2018	11:35:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.		04-10-2018	13:41:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
OTRAS CARACTERÍSTICAS PESO DE LA MESA NO MAS DE 200 KG SOLICITAMOS AMPLIAR EL RANGO PERMITIENDO OFERTAR CON "PESO DE LA MESA NO MAS DE 220 KG" ESTO PERMITIRÁ UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE OFERENTES		27-09-2018	11:39:28
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones según Adenda 03.		04-10-2018	13:42:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
TENIENDO EN CUENTA LA IMPLEMENTACION DEL REGISTRO SANITARIO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE ENTRARA A REGIR DESDE EL 18 DE OCTUBRE, SOLICITAMOS ACLARAR SI ES NECESARIO PRESENTAR UNA PLANILLA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DEL MSP Y BS, DONDE CONSTEN Y ESTÉN VIGENTE EL LISTADO LOS PRODUCTOS OFERTADOS, EN VISTA QUE PARA LA FECHA DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS, EL REGISTRO SANITARIO YA SERÁ UN REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA IMPORTACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS		27-09-2018	11:58:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Atendiendo que la Norma no se encuentra vigente, se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones		03-10-2018	16:19:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SOLICITAMOS QUE AMPLIEN LOS PLAZOS PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES OFERTADOS A AL MENOS 90 (NOVENTA) DÍAS		05-10-2018	10:37:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En consideración a la necesidad imperante del Hospital de Policía Rigoberto Caballero, de contar con los bienes objeto del presente pproceso, se solicita al potencial oferente remitirse a lo solicitado en el PBC.		10-10-2018	08:03:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM 4: Mesa de cirugía multifunción: 6.16: La mesa ofertada debe ser totalmente compatible con los dispositivos de tracción, accesorios para cirugía de columna y accesorios de posicionamiento con que actualmente cuenta el hospital. La compatibilidad implica que dichos accesorios deben ser acoplados directamente a la mesa sin adaptaciones. Luego de haber verificado la Adenda N° 03, solicitamos respetuosamente a la Convocante aclarar la marca y modelo de los dispositivos de tracción, accesorios para cirugía de columna y accesorios de posicionamiento con que actualmente cuenta el hospital. Esto permitirá a los potenciales oferentes determinar con certeza la compatibilidad de la mesa de cirugía a ser ofertada.		05-10-2018	10:42:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se han realizado modificaciones al Pliego de bases y Condiciones, en la cual se fija día y hora para realizar visita técnica.		11-10-2018	12:56:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ITEM 4: Mesa de cirugía multifunción: 6.16: La mesa ofertada debe ser totalmente compatible con los dispositivos de tracción, accesorios para cirugía de columna y accesorios de posicionamiento con que actualmente cuenta el hospital. La compatibilidad implica que dichos accesorios deben ser acoplados directamente a la mesa sin adaptaciones. Con todo respeto solicitamos a la Convocante aclarar, listar y detallar los dispositivos y accesorios con que actualmente cuenta el hospital. Resulta que los términos dispositivos y accesorios son muy genéricos; por lo que no permite al potencial oferente determinar con claridad y exactitud lo solicitado por la Convocante.		05-10-2018	10:44:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se han realizado modificaciones al Pliego de bases y Condiciones, en la cual se fija día y hora para realizar visita técnica.	11-10-2018	12:56:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 5: Mesa de cirugía multifunción: En conde dice: Elevación de 74 cm. o menos a 105 cm. o más (eléctrica). Solicitamos a la convocante aceptar con Elevación de 78 cm. o menos a 105 cm. o más (eléctrica). Esta mínima solicitud de reducción (apenas 4cm) no afectará la funcionalidad del equipo ni de sus operarios.	05-10-2018	10:44:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado las modificaciones según Adenda 05.	10-10-2018	08:09:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 5: Mesa de cirugía multifunción: En conde dice: Tredelemburg directo e inverso: +/-30° (eléctrica). Solicitamos a la convocante otorgar una variación de +/-5°. Esta flexibilización permitirá a la Convocante obtener mas ofertas y por ende, menores precios.	05-10-2018	10:46:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado las modificaciones según Adenda 05.	10-10-2018	08:10:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. SOLICITAN: Largo de la mesa: al menos 213 cm Solicitamos permitan cotizar equipos con largo de la mesa de al menos 199 cm 2. SOLICITAN: Capacidad de carga máxima de al menos 150 kg. En todas las posiciones. Sugerimos que soliciten Capacidad de carga máxima de al menos 180 kg. En todas las posiciones 3. SOLICITAN: Elevación de 70 cm o menos a 105 cm o más (eléctrica) Solicitamos permitan cotizar equipos con elevación de 70 cm o menos a 104 cm o más, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes. 4. Solicitan: Trendelenburg directo e inverso: ± 30° (eléctrica) Sugerimos soliciten Trendelenburg directo ± 45° e inverso: ± 20° (eléctrica) de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes. 5. Solicitan: Angulación vertical de la sección de piernas de -90/+10° (eléctrica) Solicitamos permitan cotizar equipos con Angulación vertical de la sección de piernas de 0°/90° 6. Solicitan: Peso de la mesa: no más de 200 kg Solicitamos permitan cotizar mesas con un un peso de 200kg ± 10%	05-10-2018	11:08:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado las modificaciones según Adenda 05.	10-10-2018	08:12:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al punto 1.5 Donde dice "Normas de Calidad: FDA, CE, o JIS o su equivalente en el Mercosur, o al menos una de ellas". Sugerimos quede de la siguiente manera: "Normas de Calidad: FDA, CE, o JIS, o al menos una de ellas"	05-10-2018	11:38:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado las modificaciones según Adenda 05.	10-10-2018	08:46:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al punto 1.5 Donde dice "Normas de Calidad: FDA, CE, o JIS o su equivalente en el Mercosur, o al menos una de ellas". Sugerimos quede de la siguiente manera: "Normas de Calidad: FDA, CE, o JIS, o al menos una de ellas"	05-10-2018	11:39:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado las modificaciones según Adenda 05.	10-10-2018	08:46:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. Solicitan: Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN y TUV, o al menos 3 de ellas Solicitamos modificar este requerimiento solicitando al menos 2 de ellas, ya que TUV es una certificadora alemana, el producto a ofertar puede tener FDA, ISO o CE pero emitido por otras certificadoras internacionales. Solicitamos que este requerimiento quede redactado como sigue Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN, o al menos 2 de ellas 2. Solicitan: Reproducción cromática CRI: 97 Solicitamos permitan cotizar equipos con CRI de 95 de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes 3. Solicitan: Reproducción cromática Rg: 98 Solicitamos permitan cotizar equipos con Reproducción cromática R9 de 97 de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes. 4. Solicitan: Panel de control en el cabezal de la lámpara Solicitamos permitan cotizar equipos con panel de control montado en la pared de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes 5. Solicitan: 2.11 Tiempo de vida de las LEDs: >50.000 horas Solicitamos que el tiempo de vida de los LEDs sea de aproximadamente 50000 horas, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes. 6. Solicitan: 02 (dos) Cúpulas que generan iluminancia: a 1 metro de distancia de 160.000 lux como mínimo. Solicitamos permitan cotizar equipos con 2 cúpulas con iluminancia de 110000 lux, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes 7. Solicitan: 2.5 Índice de protección de las cúpulas: IP 54 conforme a norma IEC 144, 4.3 Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1, 4.4 Clase de protección IP 54 Solicitamos eliminar estos requerimientos de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes. 8. Solicitan: Temperatura de color regulable: 4.800K Solicitamos permitan cotizar equipos con Temperatura de color regulable: 4.400K de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes. 9. Solicitan: Profundidad de iluminación: (L1+L2) 800 mm Solicitamos permitan cotizar equipos con Profundidad de iluminación: (L1+L2) de 660 mm de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes. 10. Solicitan: 3.6 Diámetro del campo: d10 de al menos 190 mm. Sugerimos soliciten equipos con Diámetro del campo: de al menos 250 mm. 11. Solicitan: 3.5 Cada cúpula equipada: con al menos 60 LEDs de alto rendimiento	05-10-2018	11:53:05

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
1. Solicitan: Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN y TUV, o al menos 3 de ellas Solicitamos modificar este requerimiento solicitando al menos 2 de ellas, ya que TUV es una certificadora alemana, el producto a ofertar puede tener FDA, ISO o CE pero emitido por otras certificadoras internacionales. Solicitamos que este requerimiento quede redactado como sigue Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN, o al menos 2 de ellas. Respuesta: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas. 2. Solicitan: Reproducción cromática CRI: 97 Solicitamos permitan cotizar equipos con CRI de 95 de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes. Respuesta: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas. 3. Solicitan: Reproducción cromática Rg: 98 Solicitamos permitan cotizar equipos con Reproducción cromática R9 de 97 de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes. Respuesta: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas. 4. Solicitan: Panel de control en el cabezal de la lámpara Solicitamos permitan cotizar equipos con panel de control montado en la pared de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes. Respuesta: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas. 5. Solicitan: 2.11 Tiempo de vida de las LEDs: >50.000 horas Solicitamos que el tiempo de vida de los LEDs sea de aproximadamente 50000 horas, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes. Respuesta: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas. 6. Solicitan: 02 (dos) Cúpulas que generan iluminancia: a 1 metro de distancia de 160.000 lux como mínimo. Solicitamos permitan cotizar equipos con 2 cúpulas con iluminancia de 110000 lux, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes. Respuesta: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas. 7. Solicitan: 2.5 Índice de protección de las cúpulas: IP 54 conforme a norma IEC 144, 4.3 Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1, 4.4 Clase de protección IP 54 Solicitamos eliminar estos requerimientos de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes. Respuesta: Solicitamos al potencial oferente adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones. 8. Solicitan: Temperatura de color regulable: 4.800K Solicitamos permitan cotizar equipos con Temperatura de color regulable: 4.400K de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes. Respuesta: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas. 9. Solicitan: Profundidad de iluminación: (L1+L2) 800 mm Solicitamos permitan cotizar equipos con Profundidad de iluminación: (L1+L2) de 660 mm de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes. Respuesta: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas. 10. Solicitan: 3.6 Diámetro del campo: d10 de al menos 190 mm. Sugerimos soliciten equipos con Diámetro del campo: de al menos 250 mm. Respuesta: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas. 11. Solicitan: 3.5 Cada cúpula equipada: con al menos 60 LEDs de alto rendimiento Respuesta: Solicitamos al potencial oferente adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-10-2018	08:48:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: "4.2 Monitor FULL HD de al menos 26 4.3 Resolución de pantalla: 1920 x 1080 píxeles o mejor. 4.4 Formato de origen : 16:9 4.5 Peso no mayor a 8 kg" Sugerimos soliciten monitor 4k, Resolución HD : 2 millones de píxeles	05-10-2018	11:57:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	10-10-2018	08:49:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: "3.6 Diámetro del campo: d10 de 180 - 280 mm (ajustable). 3.7 Temperatura de color regulable: 3.800K, 4.300K, 4.800K " Solicitamos eliminar estos requerimientos	05-10-2018	11:58:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han realizado las modificaciones según Adenda 05.	10-10-2018	08:49:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. Solicitan: 1.5 Normas de Calidad: FDA, ISO, TUV, UL CE, JIS, DIN, Normas del MERCOSUR (al menos dos de ellas) Solicitamos modificar este requerimiento solicitando al menos 2 de ellas, ya que TUV es una certificadora alemana, el producto a ofertar puede tener FDA, ISO o CE pero emitido por otras certificadoras internacionales. Solicitamos que este requerimiento quede redactado como sigue Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN, JIS al menos 2 de ellas	10-10-2018	10:41:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado es al menos dos de las certificaciones requeridas, el oferente podrá presentar algunas de las certificaciones con el que cuente el equipo ofertado	17-10-2018	13:16:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.5 Índice de protección de las cúpulas: IP 54 conforme a norma IEC 144 o similar Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	10-10-2018	10:42:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos al potencial oferente adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones	17-10-2018	13:17:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Nuestra scialítica es fabricada en Francia y está instalada en varios quirófanos de Sanatorios privados del Paraguay. Se consulta si se puede ofertar scialítica con sombra con 1 máscara de 56%, sombra con 2 máscaras de 52%, sombra con 1 tubo de 96%, sombra con tubo y 1 mascara de 53% y sombra con tubo y 2 máscaras de 49%.	10-10-2018	10:43:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos al potencial oferente adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones	17-10-2018	13:18:32

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 3.3, se consulta si se puede cotizar equipos con diámetro de la cúpula de 630mm o mayor.	10-10-2018	10:44:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos al potencial oferente adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones y las adendas publicadas	17-10-2018	13:19:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El item 3.4 no se entiende es confuso y está errado. En las especificaciones se solicita: Irradiación total a 100.000Lux = 364W/m ² . La Norma IEC 60601.2.41, establece que dos cúpulas no pueden producir una Iluminación energética (Ee) superior a 1.000W/m ² . El item 3.1 solicita cúpulas con 160.000Lux, lo que produciría aproximadamente 582W/m ² cada cúpula. Por lo tanto, si se suman la iluminación energética (Ee) de ambas cúpulas la iluminación energética (Ee) total de de las dos cúpulas será de 582x2=1.164W/m ² , lo que viola la Norma IEC 60601.2.41. Favor corregir o considerar este item opcional porque está violando la Norma IEC60601.2.41, o se trata de una scialítica que produce mucho más calor que luz y puede secar los tejidos durante la cirugía.	10-10-2018	10:44:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas, Adenda 07.	17-10-2018	13:20:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el item 3.1 se solicitan 02 (dos) cúpulas que generan iluminancia a 1 metro de distancia de 160.000Lux como mínimo. Se consulta si cada cúpula debe generar 160.000Lux o ambas cúpulas deben generar 160.000Lux en total. Favor aclarar porque es confuso.	10-10-2018	10:45:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
ambas cúpulas deben generar generan iluminancia a 1 metro de distancia de 160.000Lux como mínimo	17-10-2018	13:21:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el item 3.5 se solicita, con al menos 60 leds de alto rendimiento. La cantidad de leds no es el único factor que incide en la potencia producida por la scialítica. Se solicita no colocar una cantidad específica de leds sino colocar: cantidad mínima de leds para producir una iluminancia de 160.000Lux a 1 metro de distancia, como solicitado en el item 3.1.	10-10-2018	10:45:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las adendas publicadas	17-10-2018	13:22:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consideramos que el item 3.6 está errado, porque el rango es muy grande. Se consulta si en el diámetro del campo solicitado entre 180mma 350mm la scialítica debe mantener la iluminancia solicitada en el item 3.1 de 160.000Lux. Si no, solicitamos permitir cotizar scialíticas con rango del campo de 200 a 250 mm, o mayor, a potencia plena de la scialítica.	10-10-2018	10:49:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	13:23:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.9 Reproducción cromática (CRI): entre 80 y 95 Sugerimos soliciten equipos con Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de al menos 95 % , de manera a obtener la mayor fidelidad en la reproducción de colores de los tejidos percibidos.	10-10-2018	10:50:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y las adendas publicadas	17-10-2018	13:26:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.9 Reproducción cromática (CRI): entre 80 y 95 Sugerimos soliciten equipos con Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de al menos 95 % , de manera a obtener la mayor fidelidad en la reproducción de colores de los tejidos percibidos.	10-10-2018	10:51:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	17-10-2018	14:08:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.9 Reproducción cromática Rg: 80 o mayor Sugerimos soliciten Índice de reproducción cromática de los rojos (R9) de al menos 97%, lo que permitirá una mejor identificación, particularmente importante en los rojos, de las estructuras durante las cirugías para la identificación de tejidos, vasos, etc	10-10-2018	10:53:52
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado se encuentra dentro del parámetro requerido en las Especificaciones Técnicas.	17-10-2018	14:11:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.11 Tiempo de vida de las LEDs: >50.000 horas Sugerimos soliciten Tiempo de vida de las LEDs de al menos 60.000 horas	10-10-2018	10:54:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	14:12:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta si el control de la variación del diámetro del campo debe ser digital y controlado por el panel de control tipo touchscreen.	10-10-2018	10:54:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que dicha función no es necesaria, por lo que se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	17-10-2018	14:12:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta si el ítem 3.7 temperatura de color regulable podría tener un rango de variación del $\pm 5\%$ de forma a no dirigir las especificaciones a un determinado fabricante con valores específicos.	10-10-2018	10:54:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y las adendas publicadas.	17-10-2018	14:13:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta si la scialítica debe ser compatible con flujo laminar.	10-10-2018	10:55:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que dicha función no es necesaria, por lo que se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	17-10-2018	14:14:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.12 Sombra con 1 máscara: 65 % Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 1 máscara: 53 % lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.	10-10-2018	10:55:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
: Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	14:14:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta si la scialítica debe tener iluminación ambiente para cirugías laparoscópicas.	10-10-2018	10:56:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
no es necesario contar con iluminación ambiente para cirugías laparoscópicas.	17-10-2018	14:15:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.13 Sombra con 2 máscaras: 55 % Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 2 máscaras: 46 % lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos	10-10-2018	10:56:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	14:16:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta si los leds deben producir luz fría y ser de color blancos.	10-10-2018	10:56:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si. Los leds deben producir luz fría y ser de color blancos	17-10-2018	14:16:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.14 Sombra con 1 tubo: 100%. Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 1 tubo: 93% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.	10-10-2018	10:56:43
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	14:17:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta si se puede cotizar cúpulas con 48 leds en total.	10-10-2018	10:57:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	14:18:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El ítem 4.1 está errado, en Paraguay la alimentación eléctrica monofásica es de 220VAC-50Hz, por lo tanto no se puede exigir voltajes menores o mayores a 10% de 220VAC y no se utilizan frecuencias de 60Hz. Favor corregir el ítem 4.1 a 220VAC±10%, 50Hz, porque de lo contrario contradice el suministro eléctrico establecido por la ANDE.	10-10-2018	10:57:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	14:18:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.15 Sombra con tubo y 1 máscara: 65%. Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con tubo y 1 máscara: 44% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.	10-10-2018	10:57:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	14:19:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El ítem 4.6 está errado, la scialítica es led, no tiene focos y la vida útil de los leds es de 60.000hs es decir 15 años aproximadamente y no se sustituyen de a uno. Favor considerar este ítem como opcional.	10-10-2018	10:58:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	14:20:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.16 Sombra con tubo y 2 máscaras: 55% Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con tubo y 2 máscaras: 42% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.	10-10-2018	10:58:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	14:20:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta si se puede suministrar cúpulas con potencia de 90W o menor.	10-10-2018	10:58:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	17-10-2018	14:21:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.1 02 (dos) Cúpulas que generan iluminancia: a 1 metro de distancia de 160.000 lux como mínimo. Sugerimos soliciten Iluminancia a 1 metro de distancia de al menos 160.000 Lux en cada cúpula.	10-10-2018	10:59:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado en las Especificaciones Técnicas como mínimo	17-10-2018	14:22:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan 3.2 Regulable entre 10 a 100%. Solicitamos permitan cotizar equipos con regulación de la iluminancia en al menos 9 niveles, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	10-10-2018	11:00:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	17-10-2018	14:46:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitan: 3.3 Diámetro de la cúpula: de 650 mm o mayor. Sugerimos solicitar equipos con superficie externa por módulos (del tipo pétalos o similar) considerando que este tipo de construcción hace posible la circulación del flujo laminar, lo que evita la circulación de partículas en el campo quirúrgico, con una envergadura de al menos 695 mm.	10-10-2018	11:01:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	17-10-2018	14:46:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan 3.4 Irradiación total a 100.000 lx = 364W/m2 380364 W/m2 Sugerimos soliciten: Irradiación total a 160.000 lx = 582W/m2	10-10-2018	11:01:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	14:47:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.6 Diámetro del campo: entre 180 mm a 350 mm. Solicitamos permitan cotizar equipos con Diámetro de campo de luz ajustable de 190 o 240 cm, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	10-10-2018	11:02:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	14:47:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.7 Temperatura de color regulable: 3.800, 4.300 y 4.800K Sugerimos soliciten Temperatura de color regulable: 3500°K, 4000°K, 4500°K , 5000°K, lo que permitirá valorar e interpretar con exactitud y consistencia, la apariencia de un mayor rango de tejido y cavidades.	10-10-2018	11:03:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	17-10-2018	14:48:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.8 Profundidad de iluminación: (L1 + L2) 800 mm Solicitamos permitan cotizar equipos con Profundidad de iluminación: (L1 + L2) de 500 mm, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	10-10-2018	11:03:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La profundidad debe ser de 800mm, considerando el tipo de cirugías que se realizan en el Hospital, una profundidad menor significa una disminución de visualización de los tejidos. Por lo que se solicita al potencial oferente adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.	17-10-2018	14:49:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 4.1 Voltaje: 90-250 V AC (min/max) 50 – 60 Hz, Solicitamos permitan cotizar equipos con Voltaje: 220 -240 V AC (min/max) 50 – 60 Hz, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	10-10-2018	11:04:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	17-10-2018	14:50:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 4.2 Con estabilización de voltaje, reencendido automático Solicitamos que este requerimiento sea OPCIONAL de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	10-10-2018	11:05:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	14:51:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 4.3 Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1 o similar Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	10-10-2018	11:06:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	17-10-2018	14:52:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitan: 4.4 Clase de protección IP 54 o similar. Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes	10-10-2018	11:06:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	17-10-2018	14:56:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. Solicitan: 1.5 Normas de Calidad: FDA, ISO, TUV, UL CE, JIS, DIN, Normas del MERCOSUR (al menos dos de ellas) Solicitamos modificar este requerimiento solicitando al menos 2 de ellas, ya que TUV es una certificadora alemana, el producto a ofertar puede tener FDA, ISO o CE pero emitido por otras certificadoras internacionales. Solicitamos que este requerimiento quede redactado como sigue Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN, JIS al menos 2 de ellas	10-10-2018	11:09:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado es al menos dos de las certificaciones requeridas, el oferente podrá presentar algunas de las certificaciones con el que cuente el equipo ofertado	17-10-2018	14:59:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.5 Índice de protección de las cúpulas: IP 54 conforme a norma IEC 144 o similar Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	10-10-2018	11:10:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	17-10-2018	15:00:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.8 Reproducción cromática (CRI): entre 80 y 95 Sugerimos soliciten equipos con Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de al menos 95 % , de manera a obtener la mayor fidelidad en la reproducción de colores de los tejidos percibidos.	10-10-2018	11:11:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y las adendas publicadas	17-10-2018	15:01:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.9 Reproducción cromática Rg: 80 o mayor Sugerimos soliciten Índice de reproducción cromática de los rojos (R9) de al menos 97%, lo que permitirá una mejor identificación, particularmente importante en los rojos, de las estructuras durante las cirugías para la identificación de tejidos, vasos, etc	10-10-2018	11:12:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y las adendas publicadas	17-10-2018	15:02:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Nuestra scialítica es fabricada en Francia y está instalada en varios quirófanos de Sanatorios privados del Paraguay. Se consulta si se puede ofertar scialítica con sombra con 1 máscara de 56%, sombra con 2 máscaras de 52%, sombra con 1 tubo de 96%, sombra con tubo y 1 mascara de 53% y sombra con tubo y 2 máscaras de 49%.	10-10-2018	11:12:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	15:03:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.11 Tiempo de vida de las LEDs: >= 40.000 horas Sugerimos soliciten Tiempo de vida de las LEDs de al menos 60.000 horas	10-10-2018	11:12:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y las adendas publicadas	17-10-2018	15:03:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 3.3, se consulta si se puede cotizar equipos con diámetro de la cúpula de 630mm o mayor.	10-10-2018	11:13:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y las adendas publicadas	17-10-2018	15:05:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.12 Sombra con 1 máscara: 65 % Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 1 máscara: 53 % lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos	10-10-2018	11:13:28

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	15:06:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El ítem 3.4 no se entiende es confuso y está errado. En las especificaciones se solicita: Irradiación total a 100.000Lux = 364W/m ² . La Norma IEC 60601.2.41, establece que dos cúpulas no pueden producir una Iluminación energética (Ee) superior a 1.000W/m ² . El ítem 3.1 solicita cúpulas con 160.000Lux, lo que produciría aproximadamente 582W/m ² cada cúpula. Por lo tanto, si se suman la iluminación energética (Ee) de ambas cúpulas la iluminación energética (Ee) total de de las dos cúpulas será de 582x2=1.164W/m ² , lo que viola la Norma IEC 60601.2.41. Favor corregir o considerar este ítem opcional porque está violando la Norma IEC60601.2.41, o se trata de una scialítica que produce mucho más calor que luz y puede secar los tejidos durante la cirugía.	10-10-2018	11:13:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Tecnicas. SE SACA ÍTEM 3.4 Irradiación total a 100.000lx= 364W/m ² a 380364W/m ²	17-10-2018	15:07:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.13 Sombra con 2 máscaras: 55 % Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 2 máscaras: 46 % lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.	10-10-2018	11:13:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	15:07:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 3.1 se solicitan 02 (dos) cúpulas que generan iluminancia a 1 metro de distancia de 160.000Lux como mínimo. Se consulta si cada cúpula debe generar 160.000Lux o ambas cúpulas deben generar 160.000Lux en total. Favor aclarar porque es confuso.	10-10-2018	11:14:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ambas cúpulas deben generar generan iluminancia a 1 metro de distancia de 160.000Lux como mínimo	17-10-2018	15:08:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.14 Sombra con 1 tubo: 100%. Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 1 tubo: 93% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos	10-10-2018	11:14:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	15:09:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.15 Sombra con tubo y 1 máscara: 65%. Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con tubo y 1 máscara: 44% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.	10-10-2018	11:15:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	15:10:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 3.5 se solicita, con al menos 60 leds de alto rendimiento. La cantidad de leds no es el único factor que incide en la potencia producida por la scialítica. Se solicita no colocar una cantidad específica de leds sino colocar: cantidad mínima de leds para producir una iluminancia de 160.000Lux a 1 metro de distancia, como solicitado en el ítem 3.1.	10-10-2018	11:15:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	15:12:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consideramos que el ítem 3.6 está errado, porque el rango es muy grande. Se consulta si en el diámetro del campo solicitado entre 180mma 350mm la scialítica debe mantener la iluminancia solicitada en el ítem 3.1 de 160.000Lux. Si no, solicitamos permitir cotizar scialíticas con rango del campo de 200 a 250 mm, o mayor, a potencia plena de la scialítica.	10-10-2018	11:15:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al PBC y sus Adendas	22-10-2018	15:42:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitan: 2.16 Sombra con tubo y 2 máscaras: 55% Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con tubo y 2 máscaras: 42% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.	10-10-2018	11:15:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	15:13:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.1 02 (dos) Cúpulas que generan iluminancia: a 1 metro de distancia de 110.000 lux como mínimo. Sugerimos soliciten Iluminancia a 1 metro de distancia de al menos 160.000 Lux en cada cúpula.	10-10-2018	11:16:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	15:15:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan 3.2 Regulable entre 10 a 100%. Solicitamos permitan cotizar equipos con regulación de la iluminancia en al menos 9 niveles, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	10-10-2018	11:16:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	17-10-2018	15:17:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta si el control de la variación del diámetro del campo debe ser digital y controlado por el panel de control tipo touchscreen.	10-10-2018	11:17:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que dicha función no es necesaria, por lo que se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	17-10-2018	15:18:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta si el item 3.7 temperatura de color regulable podría tener un rango de variación del $\pm 5\%$ de forma a no dirigir las especificaciones a un determinado fabricante con valores específicos.	10-10-2018	11:17:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	17-10-2018	15:33:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.3 Diámetro de la cúpula: de 650 mm o mayor. Sugerimos solicitar equipos con superficie externa por módulos (del tipo pétalos o similar) considerando que este tipo de construcción hace posible la circulación del flujo laminar, lo que evita la circulación de partículas en el campo quirúrgico, con una envergadura de al menos 695 mm.	10-10-2018	11:17:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y las adendas publicadas	17-10-2018	15:34:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta si la scialítica debe ser compatible con flujo laminar.	10-10-2018	11:17:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que dicha función no es necesaria. Por lo que se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	09:41:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan 3.4 Irradiación total a 100.000 lx = 364W/m ² 380364 W/m ² Sugerimos soliciten: Irradiación total a 160.000 lx = 582W/m ²	10-10-2018	11:17:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	18-10-2018	09:44:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta si la scialítica debe tener iluminación ambiente para cirugías laparoscópicas.	10-10-2018	11:18:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es necesario contar con iluminación ambiente para cirugías laparoscópicas	18-10-2018	09:45:38

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta si los leds deben producir luz fría y ser de color blancos.	10-10-2018	11:18:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
si, los leds deben producir luz fría y ser de color blancos	18-10-2018	09:46:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta si se puede cotizar cúpulas con 48 leds en total.	10-10-2018	11:18:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	18-10-2018	09:47:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.6 Diámetro del campo: entre 180 mm a 350 mm. Solicitamos permitan cotizar equipos con Diámetro de campo de luz ajustable de 190 o 240 cm, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	10-10-2018	11:18:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	09:48:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El ítem 4.1 está errado, en Paraguay la alimentación eléctrica monofásica es de 220VAC-50Hz, por lo tanto no se puede exigir voltajes menores o mayores a 10% de 220VAC y no se utilizan frecuencias de 60Hz. Favor corregir el ítem 4.1 a 220VAC±10%, 50Hz, porque de lo contrario contradice el suministro eléctrico establecido por la ANDE.	10-10-2018	11:19:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	18-10-2018	09:55:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.7 Temperatura de color regulable: desde 3.800K Sugerimos soliciten Temperatura de color regulable: 3500°K, 4000°K, 4500°K , 5000°K, lo que permitirá valorar e interpretar con exactitud y consistencia, la apariencia de un mayor rango de tejido y cavidades.	10-10-2018	11:19:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	09:55:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El ítem 4.6 está errado, la scialítica es led, no tiene focos y la vida útil de los leds es de 60.000hs es decir 15 años aproximadamente y no se sustituyen de a uno. Favor considerar este ítem como opcional.	10-10-2018	11:19:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y las adendas publicadas	18-10-2018	09:56:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta si se puede suministrar cúpulas con potencia de 90W o menor.	10-10-2018	11:20:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	09:57:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.8 Profundidad de iluminación: (L1 + L2) 600 mm Solicitamos permitan cotizar equipos con Profundidad de iluminación: (L1 + L2) de 500 mm, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	10-10-2018	11:20:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
la profundidad mínima debe ser de 800mm, considerando el tipo de cirugías que se realizan en el Hospital, una profundidad menor significa una disminución de visualización de los tejidos. Por lo que se solicita al potencial oferente adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.	18-10-2018	09:58:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta si se puede suministrar cúpulas con potencia de 90W o menor.	10-10-2018	11:20:53
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	10:01:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 4.5 Peso no mayor a 8 Kg. Solicitamos permitan cotizar equipos con peso del monitor de al menos 9.5 kg.	10-10-2018	11:23:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	10:02:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 5.1 Voltaje: 90-250 V AC (min/max) 50 – 60 Hz, Solicitamos permitan cotizar equipos con Voltaje: 220 -240 V AC (min/max) 50 – 60 Hz, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	10-10-2018	11:24:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	18-10-2018	10:04:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 5.2 Con estabilización de voltaje, reencendido automático Solicitamos que este requerimiento sea OPCIONAL de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	10-10-2018	11:25:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	18-10-2018	10:06:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 5.3 Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1 o similar Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	10-10-2018	11:25:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	10:12:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 5.4 Clase de protección IP 54 o similar. Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	10-10-2018	11:26:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	10:13:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2.2.1 No todos los fabricantes usan leds de diferentes colores, se solicita cambiar aleds de alto rendimiento de distinta cromaticidad o mejor.	10-10-2018	11:28:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y las adendas publicadas	18-10-2018	10:15:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan 4.2 Monitor FULL HD de al menos 26" Sugerimos permitan cotizar monitores de 24".	10-10-2018	11:32:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	10:17:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita poder cotizar equipos de por lo menos de 120.000Lux o mayor.	10-10-2018	11:33:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	10:23:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitan: 1.5 Normas: FDA, ISO, TUV, UL, CE, JIS, DIN, normas del Mercosur. Al menos dos de ellas Solicitamos modificar este requerimiento solicitando al menos 2 de ellas, ya que TUV es una certificadora alemana, el producto a ofertar puede tener FDA, ISO o CE pero emitido por otras certificadoras internacionales. Solicitamos que este requerimiento quede redactado como sigue Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN, JIS al menos 2 de ellas	10-10-2018	11:34:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	10:26:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.2 Peso de carga de la mesa: 350 Kg. Como mínimo, adecuada para cirugías bariátricas y de traumatología. La carga máxima incluye el peso del paciente y los accesorios utilizados. Sugerimos soliciten que la capacidad de carga de la mesa sea de al menos 500 kg, incluyendo el peso del paciente y los accesorios.	10-10-2018	11:38:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor adecuarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	10:28:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.4 Todos los movimientos de la mesa deberán ser accionados a través de un control remoto electrónico inalámbrico con batería interna recargable. El control remoto debe incluir cargador de batería con soporte necesario para ser instalado en la pared. Solicitamos permitan cotizar equipos con control remoto alámbrico de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes	10-10-2018	11:39:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se podrá cotizar equipos con control remoto alámbrico como inalámbrico	18-10-2018	10:32:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.5 Ante falla del control remoto inalámbrico, todos los movimientos se podrán realizar a través de un panel de mando auxiliar en la columna de la mesa. Solicitamos modificar este requerimiento quedando el mismo de la siguiente manera: Ante falla del control remoto inalámbrico, todos los movimientos se podrán realizar a través de un panel de mando auxiliar	10-10-2018	11:39:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	10:34:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.8 Secciones de la mesa: cinco (05) o mayor cantidad. Secciones de: cabeza, elongación, respaldo, asiento y apoya piernas (piernas). Solicitamos modificar este requerimiento por: Secciones de la mesa: cinco (05) o mayor cantidad. Secciones de: cabeza, respaldo, apoya piernas y piernas, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	10-10-2018	11:40:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	10:35:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.9 Longitud de la mesa: 2000mm, o mayor (incluyendo cabecera y piernas) Sugerimos soliciten Longitud de la mesa de al menos: 2020 mm, (incluyendo cabecera y piernas), de manera a poder utilizar la mesa con pacientes de estatura elevada.	10-10-2018	11:41:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
lo solicitado se encuentra dentro del margen solicitado en las especificaciones técnicas por lo que se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	10:39:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.11 Altura mínima (sin incluir el colchón). Con movimiento eléctrico, 600 mm o menor. Solicitamos permitan cotizar equipos con Altura mínima (sin incluir el colchón). Con movimiento eléctrico, 682 mm o menor, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	10-10-2018	11:41:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Una mesa con una altura baja es adecuada, por posicionamiento y ergonomía, para cirugías oftalmológicas y neuroquirúrgicas. Por lo tanto, el oferente debe adecuarse a las especificaciones del pliego.	18-10-2018	10:40:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.12 Altura máxima (sin incluir el colchón). Con movimiento eléctrico, 950 mm o mayor. Sugerimos soliciten equipos con Altura máxima (sin incluir el colchón). Con movimiento eléctrico, de al menos 1140 mm.	10-10-2018	11:42:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

lo requerido es con movimiento eléctrico de 950 mm o mayor solicitado se encuentra dentro del margen. Por tal motivo se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.	18-10-2018	10:46:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan:2.13 Movimiento de Trendelenburg (Proclive). Con movimiento eléctrico, 25° o mejor Sugerimos soliciten equipos con Movimiento de Trendelenburg (Proclive). Con movimiento eléctrico, de al menos 30°	10-10-2018	11:42:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado es 25° o mejor lo cual se refiere a movimientos mayores por lo que lo solicitado por el potencial oferente se encuentra dentro del margen. Por tal motivo se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	10:47:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan:2.14 Movimiento de Trendelenburg reverso (Declive). Con movimiento eléctrico, 25° o mayor Sugerimos soliciten equipos con Movimiento de Trendelenburg reverso (Declive). Con movimiento eléctrico, de al menos 45°	10-10-2018	11:45:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado es 25° o mayor lo solicitado por el potencial oferente se encuentra dentro del margen. Por tal motivo se solicita adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	10:49:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan:2.15 Movimiento de Inclinación derecha. Con movimiento eléctrico, 15 y 20° Sugerimos soliciten equipos con Movimiento de Inclinación derecha. Con movimiento eléctrico, de al menos 25°	10-10-2018	11:45:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos al potencial oferente remitirse al pliego de bases y condiciones puesto que una angulación mayor eleva el riesgo de caída del paciente	18-10-2018	10:50:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan:2.16 Movimiento de Inclinación izquierda. Con movimiento eléctrico entre 15 y 20° Sugerimos soliciten equipos con Movimiento de Inclinación izquierda. Con movimiento eléctrico de al menos 25°	10-10-2018	11:46:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solicitamos al potencial oferente remitirse al pliego de bases y condiciones puesto que una angulación mayor eleva el riesgo de caída del paciente	18-10-2018	10:58:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan:2.17 Subida de respaldo. Con movimiento eléctrico, 65° o mayor Sugerimos soliciten equipos con Subida de respaldo. Con movimiento eléctrico, de al menos 90°	10-10-2018	11:46:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
lo solicitado se encuentra dentro del margen solicitado en las especificaciones técnicas por lo que se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	10:59:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan:2.18 Bajada de respaldo. Con movimiento eléctrico, 40° o menor Sugerimos soliciten equipos con Bajada de respaldo. Con movimiento eléctrico, de al menos -90°	10-10-2018	11:46:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
lo solicitado se encuentra dentro del margen solicitado en las especificaciones técnicas por lo que se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	11:03:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 4.3 Espesura o Altura de colchones: 60mm o mayor Solicitamos permitan cotizar colchones con espesor de 50 mm	10-10-2018	11:47:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	11:04:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 5.2 Alimentación eléctrica de la bomba electrohidráulica: No debe superar 30VDC. No se aceptarán bombas electrohidráulicas con alimentación 220VAC/50Hz, por seguridad del usuario y del paciente.	10-10-2018	11:47:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente debe adecuarse a las especificaciones del pliego	18-10-2018	11:06:23
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: 5.2 Alimentación eléctrica de la bomba electrohidráulica: No debe superar 30VDC. No se aceptarán bombas electrohidráulicas con alimentación 220VAC/50Hz, por seguridad del usuario y del paciente. Solicitamos eliminar este requerimiento considerando que los dispositivos cumplen con regulaciones y normativas de seguridad eléctrica para protección del usuario y del paciente.		10-10-2018	11:48:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente debe adecuarse a las especificaciones del pliego		18-10-2018	11:42:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: 5.3 Batería interna de la mesa: para funcionamiento ante falta de energía eléctrica, de todos los movimientos con autonomía de mínimo 24 horas, de servicio quirúrgico. Indicación visual del estado de las baterías internas Solicitamos que la autonomía de las baterías sea de 8 horas, de manera a permitir la participación de un mayor numero de oferentes.		10-10-2018	11:48:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente debe adecuarse a las especificaciones del pliego		18-10-2018	11:43:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: 6.16 La mesa ofertada debe ser totalmente compatible con los dispositivos de tracción, accesorios para cirugía de columna y accesorios de posicionamiento con que actualmente cuenta el hospital. La compatibilidad implica que dichos accesorios deber ser acoplados directamente a la mesa sin adaptaciones. Solicitamos eliminar este requerimiento considerando que los accesorios deben ser originales y de la misma marca del equipo ofertado, y lo solicitado en este punto solo habilita a participar al proveedor de los equipos vendidos anteriormente a la institución.		10-10-2018	11:49:28
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Hospital no puede tener una mesa quirúrgica y accesorios exclusivos para cada tipo de cirugía. Los accesorios deben ser compatibles con las mesas quirúrgicas que posee el hospital de forma a optimizar los recursos disponibles. El oferente debe adecuarse a las especificaciones del pliego		18-10-2018	12:18:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: 1.5 Normas: FDA, ISO, TUV, UL, CE, JIS, DIN, normas del Mercosur. Al menos dos de ellas Solicitamos modificar este requerimiento solicitando al menos 2 de ellas, ya que TUV es una certificadora alemana, el producto a ofertar puede tener FDA, ISO o CE pero emitido por otras certificadoras internacionales. Solicitamos que este requerimiento quede redactado como sigue Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN, JIS al menos 2 de ellas		10-10-2018	11:50:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Solicitamos remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado es al menos dos de las certificaciones requeridas, el oferente podrá presentar algunas de las certificaciones con el que cuente el equipo ofertado		18-10-2018	12:20:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: 1.6 Normas de Calidad: FDA, ISO, TUV, UL, CE, JIS, DIN, normas del Mercosur, al menos dos de ellas. Solicitamos modificar este requerimiento solicitando al menos 2 de ellas, ya que TUV es una certificadora alemana, el producto a ofertar puede tener FDA, ISO o CE pero emitido por otras certificadoras internacionales. Solicitamos que este requerimiento quede redactado como sigue Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN, JIS al menos 2 de ellas		10-10-2018	11:50:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Solicitamos remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado es al menos dos de las certificaciones requeridas, el oferente podrá presentar algunas de las certificaciones con el que cuente el equipo ofertado.		18-10-2018	12:21:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: 2.2.4 Número de LEDs: 9 o más Sugerimos soliciten equipos con Número de LEDs: al menos 84		10-10-2018	11:50:46
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones		18-10-2018	12:25:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan : Largo de la mesa: al menos 200 cm Solicitamos permitan cotizar equipos con largo de la mesa de al menos 199 cm, de manera a permitir la participación de un mayor numero de oferentes.		10-10-2018	11:52:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones		18-10-2018	12:26:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Ancho de la mesa: al menos 52 cm Sugerimos soliciten Ancho de la mesa: al menos 56 cm, lo que permitirá trabajar con un rango mayor de pacientes.		10-10-2018	11:52:51

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	12:28:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.4 Dimensiones de la cúpula: 75 cm x 65 cm (± 10 cm) Solicitamos permitan cotizar equipos con Dimensiones de la cúpula: 77 cm x 66 cm (± 10 cm), de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes	10-10-2018	11:53:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	12:29:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.5 Altura de la cúpula (sin mango estéril): 8 cm o menor Sugerimos soliciten equipos con Altura de la cúpula (sin mango estéril): 6.5 cm, lo que facilitará el desplazamiento de la misma.	10-10-2018	11:53:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado se encuentra dentro del parámetro requerido en las Especificaciones Técnicas	18-10-2018	12:29:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.11 Iluminancia nominal: 150.000 Lux o mayor, a una distancia de 1 metro. Sugerimos soliciten equipos con al menos Iluminancia nominal: 160.000 Lux , a una distancia de 1 metro	10-10-2018	11:54:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado se encuentra dentro del parámetro requerido en las Especificaciones Técnicas	18-10-2018	12:30:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.12 Diámetro del campo luminoso entre 15 cms (± 2) a 20 cms(± 2) a una distancia de 1 metro. Solicitamos permitan cotizar equipos con Diámetro del campo luminoso (d10) de al menos 20 cms.	10-10-2018	11:54:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	12:30:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.13 Temperatura de color: 4800°K Solicitamos permitan cotizar equipos con Temperatura de color: 4300°K	10-10-2018	11:54:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial remitirse a las modificaciones de las Especificaciones Técnicas	18-10-2018	12:31:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.14 Profundidad de iluminación: 60 cm o mayor Sugerimos soliciten equipos con Profundidad de iluminación: de al menos 110 cm	10-10-2018	11:55:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	12:31:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.16 Intensidad de irradiación: 360 W/m ² o mayor Solicitamos permitan cotizar equipos con Intensidad de irradiación: 350 W/m ²	10-10-2018	11:56:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	12:32:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.18 Iluminancia residual con una máscara: 50% o mayor Sugerimos soliciten: Iluminancia residual con una máscara: 60% o	10-10-2018	11:56:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	12:32:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitan: 2.19 Iluminancia residual con dos máscaras: 50% o mayor Sugerimos soliciten: Iluminancia residual con dos máscaras: 44%	10-10-2018	11:57:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas modificadas	18-10-2018	12:33:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Capacidad de carga máxima desde 150 kg. En todas las posiciones. Sugerimos que soliciten Capacidad de carga máxima de al menos 180 kg. En todas las posiciones, lo que permitirá trabajar con un rango mayor de pacientes.	10-10-2018	11:57:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado se encuentra dentro del parámetro requerido en las Especificaciones Técnicas	18-10-2018	12:33:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.20 Iluminancia residual con un tubo 97% o mayor Sugerimos soliciten: Iluminancia residual con un tubo 100%	10-10-2018	11:57:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado se encuentra dentro del parámetro requerido en las Especificaciones Técnicas	18-10-2018	12:33:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.22 Iluminancia residual con un tubo y dos máscaras 50% o mayor Sugerimos soliciten: Iluminancia residual con un tubo y dos máscaras 44%	10-10-2018	11:57:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas modificadas	18-10-2018	12:35:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3. Movimientos: Elevación de 78 cm o menos a 105 cm o más con comando manual (hidráulica) Solicitamos permitan cotizar equipos con elevación de 70 cm o menos a 104 cm o más, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	10-10-2018	11:57:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al potencial oferente remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	18-10-2018	12:36:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.8 Reproducción cromática CRI: entre 80 y 95 Sugerimos soliciten equipos con Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de al menos 95 % o mejor, de manera a obtener la mayor fidelidad en la reproducción de colores de los tejidos percibidos.	17-10-2018	14:47:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	13:56:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.8 Reproducción cromática CRI: entre 80 y 95 Sugerimos soliciten equipos con Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de al menos 95 % o mejor, de manera a obtener la mayor fidelidad en la reproducción de colores de los tejidos percibidos.	17-10-2018	14:48:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas.	22-10-2018	13:57:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.9 Reproducción cromática Rg: 80 o mayor Sugerimos soliciten Índice de reproducción cromática de los rojos (R9) de al menos 97% o mejor, lo que permitirá una mejor identificación, particularmente importante en los rojos, de las estructuras durante las cirugías para la identificación de tejidos, vasos, etc.	17-10-2018	14:51:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones, lo solicitado se encuentra dentro del parámetro requerido en las Especificaciones Técnicas.	22-10-2018	13:57:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

2.9 Reproducción cromática Rg: 80 o mayor Sugerimos soliciten Índice de reproducción cromática de los rojos (R9) de al menos 97% o mejor, lo que permitirá una mejor identificación, particularmente importante en los rojos, de las estructuras durante las cirugías para la identificación de tejidos, vasos, etc.	17-10-2018	14:51:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones, lo solicitado se encuentra dentro del parámetro requerido en las Especificaciones Técnicas.	22-10-2018	13:57:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Plazos de entrega de los bienes adjudicados de 60 días calendarios posteriores a la recepción de la orden de compra. Solicitamos ampliar dichos plazos a al menos 90 (noventa) días hábiles, a partir del cobro del anticipo.	17-10-2018	17:32:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones. Se aclara que la entrega no se encuentra sujeta al cobro de anticipo, puesto que el pago de anticipo puede solicitarse a la suscripción del contrato	22-10-2018	13:58:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. Solicitan: 1.5 Normas: FDA, ISO, TUV, UL, CE, JIS, DIN, normas del Mercosur. Al menos dos de ellas Solicitamos modificar este requerimiento solicitando al menos 2 de ellas, ya que TUV es una certificadora alemana, el producto a ofertar puede tener FDA, ISO o CE pero emitido por otras certificadoras internacionales. Solicitamos que este requerimiento quede redactado como sigue Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN, JIS al menos 2 de ellas	17-10-2018	17:32:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	13:58:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2. Solicitan: Largo de la mesa: al menos 200 cm Sugerimos soliciten equipos con las siguientes Medidas: Largo de la mesa: al menos 213 cm, de manera a poder realizar procedimientos a pacientes de estatura elevada.	17-10-2018	17:33:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	13:58:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3. Solicitan: Ancho de la mesa: al menos 52 cm Sugerimos soliciten Ancho de la mesa: al menos 56 cm, lo que permitirá trabajar con un rango mayor de pacientes.	17-10-2018	17:34:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	13:59:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4. Solicitan: Movimientos: Elevación de 78 cm o menos a 105 cm o más con comando manual (hidráulica) Sugerimos soliciten equipos con elevación de al menos 70 cm a al menos 105 cm o más, lo que permitirá a los usuarios trabajar con equipos de mayor ergonomía.	17-10-2018	17:34:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	13:59:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5. Solicitan: Trendelenburg directo e inverso: $\pm 45^\circ$ e inverso $\pm 20^\circ$ (eléctrica) Solicitamos permita cotizar equipos con Trendelenburg directo e inverso: de al menos $30^\circ/30^\circ$, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	17-10-2018	17:35:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	13:59:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6. Solicitan: Angulación vertical de la sección de piernas de $0^\circ/90^\circ$ (eléctrica) Sugerimos soliciten equipos con movimiento de Angulación vertical de la sección de piernas de: $-90^\circ/10^\circ$, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	17-10-2018	17:36:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	14:00:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Duración de la carga del batería mínimo de 3 hs. Sugerimos soliciten: batería interna autónoma con capacidad de carga suficiente para poder utilizar la mesa por al menos 4 horas.	17-10-2018	17:37:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	14:00:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. Solicitan: 1.5 Normas de Calidad: FDA, ISO, TUV, UL CE, JIS, DIN, Normas del MERCOSUR (al menos dos de ellas) Solicitamos modificar este requerimiento solicitando al menos 2 de ellas, ya que TUV es una certificadora alemana, el producto a ofertar puede tener FDA, ISO o CE pero emitido por otras certificadoras internacionales. Solicitamos que este requerimiento quede redactado como sigue Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN, JIS al menos 2 de ellas	18-10-2018	08:31:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones, lo requerido se encuentra dentro de los parámetros de la licitación	22-10-2018	14:01:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.5 Índice de protección de las cúpulas: IP 54 conforme a norma IEC 144 o superior Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	18-10-2018	08:33:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	14:01:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2. Reproducción cromática (CRI): entre 80 y 95 Sugerimos soliciten equipos con Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de al menos 95 % , de manera a obtener la mayor fidelidad en la reproducción de colores de los tejidos percibidos.	18-10-2018	08:35:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	14:01:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.9 Reproducción cromática Rg: 80 o mayor Sugerimos soliciten Indice de reproducción cromática de los rojos (R9) de al menos 97%, lo que permitirá una mejor identificación, particularmente importante en los rojos, de las estructuras durante las cirugías para la identificación de tejidos, vasos, etc	18-10-2018	08:36:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	14:02:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.11 Tiempo de vida de las LEDs: 50.000 horas Sugerimos soliciten Tiempo de vida de las LEDs de al menos 60.000 horas	18-10-2018	08:37:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los símbolos referenciados en la consulta (50.000), no se encuentran dentro de las especificaciones del equipo solicitado, no obstante, en referencia al punto 2.11, se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	14:02:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.11 Tiempo de vida de las LEDs: mayor o igual a 50.000 horas Sugerimos soliciten Tiempo de vida de las LEDs de al menos 60.000 horas	18-10-2018	08:38:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	14:03:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitan: 2.12 Sombra con 1 máscara: 65 % (+/- 5%) Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 1 máscara: 53 % lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.	18-10-2018	08:40:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	14:03:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.13 Sombra con 2 máscaras: 55 % (+/- 5%) Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 2 máscaras: 46 % lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.	18-10-2018	08:41:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	14:03:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.14 Sombra con 1 tubo: 100% (+/- 5%). Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 1 tubo: 93% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.	18-10-2018	08:42:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	14:04:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.15 Sombra con tubo y 1 máscara: 65% (+/- 5%). Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con tubo y 1 máscara: 44% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.	18-10-2018	08:42:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	14:04:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.16 Sombra con tubo y 2 máscaras: 55% (+/- 5%) Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con tubo y 2 máscaras: 42% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.	18-10-2018	08:43:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	14:04:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan 3.2 Regulable entre 10 a 100%. Solicitamos permitan cotizar equipos con regulación de la iluminancia en al menos 9 niveles, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	18-10-2018	08:44:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones.	22-10-2018	14:05:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.3 Diámetro de la cúpula: de 650 mm o mayor. Sugerimos solicitar equipos con superficie externa por módulos (del tipo pétalos o similar) considerando que este tipo de construcción hace posible la circulación del flujo laminar, lo que evita la circulación de partículas en el campo quirúrgico, con una envergadura de al menos 695 mm.	18-10-2018	08:45:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	14:05:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.6 Diámetro del campo: entre 180 mm a 280 mm. Solicitamos permitan cotizar equipos con Diámetro de campo de luz ajustable de 190 o 240 cm, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	18-10-2018	08:48:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	14:06:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.6 Temperatura de color regulable: 3.800 hasta 4.800K Sugerimos soliciten Temperatura de color regulable: 3500°K, 4000°K, 4500°K , 5000°K, lo que permitirá valorar e interpretar con exactitud y consistencia, la apariencia de un mayor rango de tejido y cavidades.	18-10-2018	08:49:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	14:06:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.7 Profundidad de iluminación: (L1 + L2) 800 mm Solicitamos permitan cotizar equipos con Profundidad de iluminación: (L1 + L2) de 500 mm, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	18-10-2018	08:50:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	14:07:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 4.3 Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1 o similar Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	18-10-2018	08:51:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	14:07:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 4.4 Clase de protección IP 54 o similar. Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	18-10-2018	08:52:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	14:07:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.1 02 (dos) Cúpulas que generan iluminancia: a 1 metro de distancia de 160.000 lux como mínimo. Y 3.4 Cada cúpula equipada: con la cantidad de LEDs necesaria para producir una iluminancia de 160.000 Lux como mínimo El requerimiento en ambos puntos se contraponen por lo que sugerimos unificarlo solicitando: 02 (dos) Cúpulas que generan Iluminancia a 1 metro de distancia de al menos 160.000 Lux en CADA CÚPULA, con la cantidad de LEDs necesarios para producir dicha iluminancia.	18-10-2018	09:03:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones realizadas	22-10-2018	14:08:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. Solicitan: 1.5 Normas de Calidad: FDA, ISO, TUV, UL CE, JIS, DIN, Normas del MERCOSUR (al menos dos de ellas) Solicitamos modificar este requerimiento solicitando al menos 2 de ellas, ya que TUV es una certificadora alemana, el producto a ofertar puede tener FDA, ISO o CE pero emitido por otras certificadoras internacionales. Solicitamos que este requerimiento quede redactado como sigue Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN, JIS al menos 2 de ellas	18-10-2018	09:33:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	14:08:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.5 Índice de protección de las cúpulas: IP 54 conforme a norma IEC 144 o superior Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	18-10-2018	09:34:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	14:13:00

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.8 Reproducción cromática (CRI): entre 80 y 95 Sugerimos soliciten equipos con Índice de Rendimiento Cromático (CRI) de al menos 95 % , de manera a obtener la mayor fidelidad en la reproducción de colores de los tejidos percibidos.	18-10-2018	09:35:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:18:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.9 Reproducción cromática Rg: 80 o mayor Sugerimos soliciten Índice de reproducción cromática de los rojos (R9) de al menos 97%, lo que permitirá una mejor identificación, particularmente importante en los rojos, de las estructuras durante las cirugías para la identificación de tejidos, vasos, etc	18-10-2018	09:36:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:19:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.11 Tiempo de vida de las LEDs: MAYOR O IGUAL a 40.000 horas Sugerimos soliciten Tiempo de vida de las LEDs de al menos 60.000 horas	18-10-2018	09:37:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:19:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.12 Sombra con 1 máscara: 65 % (+/- 5%) Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 1 máscara: 53 % lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.	18-10-2018	09:38:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:20:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.13 Sombra con 2 máscaras: 55 % (+/- 5%) Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 2 máscaras: 46 % lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.	18-10-2018	09:38:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:20:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.14 Sombra con 1 tubo: 100% (+/- 5%). Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con 1 tubo: 93% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.	18-10-2018	09:39:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:21:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.15 Sombra con tubo y 1 máscara: 65% (+/- 5%). Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con tubo y 1 máscara: 44% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.	18-10-2018	09:40:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:21:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.16 Sombra con tubo y 2 máscaras: 55% (+/- 5%) Sugerimos Soliciten equipos con Sombra con tubo y 2 máscaras: 42% lo que posibilitara obtener una mejor iluminación, por ende menor sombra, durante los procedimientos quirúrgicos.	18-10-2018	09:40:49
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:22:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.1 02 (dos) Cúpulas que generan iluminancia: a 1 metro de distancia de 150.000 lux como mínimo. Y 3.4 Cada cúpula equipada: con la cantidad de LEDs necesaria para producir una iluminancia de 160.000 Lux a 1 metro de distancia, los Leds deben producir luz fría y de color blanco El requerimiento en ambos puntos se contraponen por lo que sugerimos unificarlo solicitando: 02 (dos) Cúpulas que generan Iluminancia a 1 metro de distancia de al menos 160.000 Lux en cada cúpula, con la cantidad de LEDs necesarios para producir dicha iluminancia. los Leds deben producir luz fría y de color blanco.	18-10-2018	09:44:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:22:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.3 Diámetro de la cúpula: de 650 mm o mayor. Sugerimos solicitar equipos con superficie externa por módulos (del tipo pétalos o similar) considerando que este tipo de construcción hace posible la circulación del flujo laminar, lo que evita la circulación de partículas en el campo quirúrgico, con una envergadura de al menos 695 mm.	18-10-2018	09:45:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:22:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.5 Diámetro del campo: entre 180 mm a 280 mm. Solicitamos permitan cotizar equipos con Diámetro de campo de luz ajustable de 190 o 240 cm, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	18-10-2018	09:46:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:23:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.6 Temperatura de color regulable desde 3.800 K Sugerimos soliciten Temperatura de color regulable: 3500°K, 4000°K, 4500°K , 5000°K, lo que permitirá valorar e interpretar con exactitud y consistencia, la apariencia de un mayor rango de tejido y cavidades.	18-10-2018	09:47:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:23:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.7 Profundidad de iluminación: (L1 + L2) 800 mm Solicitamos permitan cotizar equipos con Profundidad de iluminación: (L1 + L2) de 500 mm, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	18-10-2018	09:48:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:23:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 4.5 Peso no mayor a 8 kg Solicitamos permitan cotizar monitores con peso de hasta 9,5 kg de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	18-10-2018	09:54:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:23:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 5.3 Clasificación del producto de acuerdo a MDD: 1 o similar Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	18-10-2018	09:55:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:24:08

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 5.4 Clase de protección IP 54 o similar. Solicitamos eliminar este requerimientos, considerando que se trata de una normativa exclusiva de algunos fabricantes, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	18-10-2018	09:55:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:24:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 1.6 Normas de Calidad: FDA, ISO, TUV, UL, CE, JIS, DIN, normas del Mercosur, al menos dos de ellas. Solicitamos modificar este requerimiento solicitando al menos 2 de ellas, ya que TUV es una certificadora alemana, el producto a ofertar puede tener FDA, ISO o CE pero emitido por otras certificadoras internacionales. Solicitamos que este requerimiento quede redactado como sigue Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN, JIS al menos 2 de ellas	18-10-2018	10:01:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:24:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.2.4 Número de LEDs: 9 o más Sugerimos soliciten equipos con Número de LEDs: al menos 84	18-10-2018	10:02:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:25:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.1 Dimensiones de la cúpula: 75 cm x 65 cm (±10 cm) Solicitamos permitan cotizar equipos con Dimensiones de la cúpula: 77 cm x 66 cm (±10 cm), de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes	18-10-2018	10:03:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:25:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.2 Altura de la cúpula (sin mango estéril): 8 cm o menor Sugerimos soliciten equipos con Altura de la cúpula (sin mango estéril): 6.5 cm, lo que facilitará el desplazamiento de la misma.	18-10-2018	10:04:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:25:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.8 Iluminancia nominal: 150.000 Lux o mayor, a una distancia de 1 metro. Sugerimos soliciten equipos con al menos Iluminancia nominal: 160.000 Lux , a una distancia de 1 metro	18-10-2018	10:05:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:25:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.9 Diámetro del campo luminoso entre 15 cms (±2) a 20 cms(±2) a una distancia de 1 metro. Solicitamos permitan cotizar equipos con Diámetro del campo luminoso (d10) de al menos 20 cms.	18-10-2018	10:06:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:26:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.10 Temperatura de color: 4800°K Solicitamos permitan cotizar equipos con Temperatura de color: 4300°K	18-10-2018	10:07:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:26:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.11 Profundidad de iluminación: 60 cm o mayor Sugerimos soliciten equipos con Profundidad de iluminación: de al menos 110 cm	18-10-2018	10:08:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:26:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.13 Intensidad de irradiación: 360 W/m2 o mayor Solicitamos permitan cotizar equipos con Intensidad de irradiación: 350 W/m2	18-10-2018	10:09:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:26:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.15 Iluminancia residual con una máscara: 50% o mayor Sugerimos soliciten: Iluminancia residual con una máscara: 60%	18-10-2018	10:11:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:27:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 3.17 Iluminancia residual con un tubo 97% o mayor Sugerimos soliciten: Iluminancia residual con un tubo 100%	18-10-2018	10:12:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:27:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 1.5 Normas: FDA, ISO, TUV, UL, CE, JIS, DIN, normas del Mercosur. Al menos dos de ellas Solicitamos modificar este requerimiento solicitando al menos 2 de ellas, ya que TUV es una certificadora alemana, el producto a ofertar puede tener FDA, ISO o CE pero emitido por otras certificadoras internacionales. Solicitamos que este requerimiento quede redactado como sigue Normas de Calidad: FDA, ISO, CE, DIN, JIS al menos 2 de ellas	18-10-2018	10:26:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y sus modificaciones	22-10-2018	15:27:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.2 Peso de carga de la mesa: 350 Kg. Como mínimo, adecuada para cirugías bariátricas y de traumatología. La carga máxima incluye el peso del paciente y los accesorios utilizados. Sugerimos soliciten que la capacidad de carga de la mesa sea de al menos 500 kg, incluyendo el peso del paciente y los accesorios.	18-10-2018	10:26:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	15:28:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.4 Todos los movimientos de la mesa deberán ser accionados a través de un control remoto electrónico inalámbrico (opcional alámbrico) con batería interna recargable. El control remoto debe incluir cargador de batería con soporte necesario para ser instalado en la pared. Solicitamos permitan cotizar equipos con control remoto alámbrico con batería interna recargable mediante la conexión del control remoto a la mesa, y que el requerimiento cargador de batería con soporte necesario para ser instalado en la pared sea OPCIONAL de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes	18-10-2018	10:36:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	15:28:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitan: 2.5 Ante falla del control remoto inalámbrico, todos los movimientos se podrán realizar a través de un panel de mando auxiliar en la columna de la mesa. Solicitamos modificar este requerimiento quedando el mismo de la siguiente manera: Ante falla del control remoto, todos los movimientos se podrán realizar a través de un panel de mando auxiliar.	18-10-2018	10:40:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	15:28:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.8 Secciones de la mesa: cinco (05) o mayor cantidad. Secciones de: cabeza, elongación, respaldo, asiento y apoya piernas (piernas). Solicitamos modificar este requerimiento por: Secciones de la mesa: cinco (05) o mayor cantidad. Secciones de: cabeza, respaldo, apoya piernas y piernas, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	18-10-2018	10:41:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	15:28:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 2.9 Longitud de la mesa: 2000mm, o mayor (incluyendo cabecera y piernas) Sugerimos soliciten Longitud de la mesa de al menos: 2020 mm, (incluyendo cabecera y piernas), de manera a poder utilizar la mesa con pacientes de estatura elevada.	18-10-2018	10:42:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	15:29:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan:2.11 Altura mínima (sin incluir el colchón). Con movimiento eléctrico, 600 mm o menor. Solicitamos permitan cotizar equipos con Altura mínima (sin incluir el colchón). Con movimiento eléctrico, 682 mm o menor, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	18-10-2018	10:42:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	15:29:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan:2.12 Altura maxima (sin incluir el colchón). Con movimiento eléctrico, 950 mm o mayor. Sugerimos soliciten equipos con Altura maxima (sin incluir el colchón). Con movimiento eléctrico, de al menos 1140 mm.	18-10-2018	10:43:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	15:29:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan:2.13 Movimiento de Trendelenburg (Proclive). Con movimiento eléctrico, 25° o mejor Sugerimos soliciten equipos con Movimiento de Trendelenburg (Proclive). Con movimiento eléctrico, de al menos 30°	18-10-2018	10:43:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	15:30:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan:2.14 Movimiento de Trendelenburg reverso (Declive). Con movimiento eléctrico, 25° o mayor Sugerimos soliciten equipos con Movimiento de Trendelenburg reverso (Declive). Con movimiento eléctrico, de al menos 45°	18-10-2018	10:44:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	15:30:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan:2.15 Movimiento de Inclinación derecha. Con movimiento eléctrico, 15 y 20° Sugerimos soliciten equipos con Movimiento de Inclinación derecha. Con movimiento eléctrico, de al menos 25°	18-10-2018	10:45:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	15:30:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan:2.16 Movimiento de Inclinación izquierda. Con movimiento eléctrico entre 15 y 20° Sugerimos soliciten equipos con Movimiento de Inclinación izquierda. Con movimiento eléctrico de al menos 25°	18-10-2018	10:45:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	15:30:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan:2.17 Subida de respaldo. Con movimiento eléctrico, 65° o mayor Sugerimos soliciten equipos con Subida de respaldo. Con movimiento eléctrico, de al menos 90°	18-10-2018	10:46:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	15:31:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan:2.18 Bajada de respaldo. Con movimiento eléctrico, 40° o menor Sugerimos soliciten equipos con Bajada de respaldo. Con movimiento eléctrico, de al menos -90°	18-10-2018	10:47:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	15:31:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan:2.18 Bajada de respaldo. Con movimiento eléctrico, 40° o menor Sugerimos soliciten equipos con Bajada de respaldo. Con movimiento eléctrico, de al menos -90°	18-10-2018	10:49:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	15:31:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 4.3 Espesura o Altura de colchones: 60mm o mayor Solicitamos permitan cotizar colchones con espesor de 50 mm	18-10-2018	10:50:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	15:32:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 5.2 Alimentación eléctrica de la bomba electrohidráulica: No debe superar 30VDC. No se aceptarán bombas electrohidráulicas con alimentación 220VAC/50Hz, por seguridad del usuario y del paciente. Solicitamos eliminar este requerimiento considerando que los dispositivos cumplen con regulaciones y normativas de seguridad eléctrica para protección del usuario y del paciente.	18-10-2018	10:50:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	15:32:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: 5.3 Batería interna de la mesa: para funcionamiento ante falta de energía eléctrica, de todos los movimientos con autonomía de mínimo 24 horas, de servicio quirúrgico. Indicación visual del estado de las baterías internas Solicitamos que la autonomía de las baterías sea de 8 horas, de manera a permitir la participación de un mayor número de oferentes.	18-10-2018	10:51:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, sus modificaciones y las aclaraciones publicadas	22-10-2018	15:32:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitan: 6.16 La mesa ofertada debe ser totalmente compatible con los dispositivos de tracción, accesorios para cirugía de columna y accesorios de posicionamiento con que actualmente cuenta el hospital. La compatibilidad implica que dichos accesorios deben ser acoplados directamente a la mesa sin adaptaciones. Solicitamos eliminar este requerimiento considerando que los accesorios deben ser originales y de la misma marca del equipo ofertado, y lo solicitado en este punto solo habilita a participar al proveedor de los equipos vendidos anteriormente a la institución.	18-10-2018	10:52:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita a los potenciales oferentes remitirse a lo establecido en las bases del proceso, puesto que el Hospital no puede tener una mesa quirúrgica y accesorios exclusivos para cada tipo de cirugía. Los accesorios deben ser compatibles con las mesas quirúrgicas que posee el hospital de forma a optimizar los recursos disponibles, de esta forma se busca satisfacer la necesidad de la Institución con un menor costo	22-10-2018	15:32:51

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: SIEGEN S.A. - RUC: 80037885-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508009415	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS	24-10-2018	24-10-2018	22-04-2019
Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508015008	Póliza	Asepasa	23-10-2018	24-10-2018	21-02-2019
Oferente: A.S. GROUP S.A. - RUC: 80092018-0			Categoría: Pequeña		Nro. Oferente: 3
28.1508.003614.0000	Póliza	Aseguradora Yacyreta SA	24-10-2018	24-10-2018	21-02-2019
Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
28.1508.003615.0000	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	24-10-2018	24-10-2018	21-02-2019
Oferente: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - RUC: 80006779-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5
007.1508.043586	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	24-10-2018	25-10-2018	02-02-2019
Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6
007.1508.043592.000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	24-10-2018	25-10-2018	22-02-2019

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	39101602-002	Lampara cialitica con satelite					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Trilux	Trilux Medical GmbH & Co. KG	AURINIO WAVE	Alemania	Lámpara cialítica con satélite	200.000.000	400.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	SIMEON	SIMEON MEDICAL GmbH & Co. KG	No Aplica	Alemania	Lampara cialitica con satelite	162.130.000	324.260.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	Maquet/Getinge Group	Maquet	Volista	Francia		193.000.000	386.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	39101602-002	Lampara cialitica con satelite					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Trilux / Karl Storz	Trilux Medical GmbH & Co. KG / Karl Storz SE & Co. KG	AURINIO WAVE / 9627NB	Alemania	Lámpara cialítica con satélite	300.000.000	300.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	SIMEON	SIMEON MEDICAL GmbH & Co. KG	No Aplica	Alemania	Lampara cialitica con satelite	238.903.000	238.903.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	Maquet/Getinge Group	Maquet	Volista	Francia		286.000.000	286.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	STERIS	STERIS CORPORATIO	XLED	FRANCIA	LAMPARA CIALITICA CON SATELITE	250.000.000	250.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	39101602-003	Lampara scialiticas de pie					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ALBATROS SACI - 80002766-3	Trilux	Trilux Medical GmbH & Co. KG	AURINIO WAVE	Alemania	Lámpara scialítica de pie	150.000.000	300.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	SIMEON	SIMEON MEDICAL GmbH & Co. KG	No Aplica	Alemania	Lampara scialiticas de pie	110.000.000	220.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	STERIS	STERIS CORPORATIO	XLED MOBILE	FRANCIA	LAMPARA CIALITICA DE PIE	125.000.000	250.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	42295112-001	Mesa de cirugia multifuncion					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	MEDIFA	MEDIFA	series 6000	ALEMANIA	mesa de cirugia	650.000.000	650.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	MEDIFA	MEDIFA GmbH & Co. KG	No Aplica	Alemania	Mesa de cirugia multifuncion	550.000.000	550.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	Maquet/Getinge Group	Maquet	Alphaclassic Pro	Alemania/China		550.000.000	550.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	42295112-001	Mesa de cirugia multifuncion					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SIEGEN S.A. - 80037885-7	INPROMED	INPROMED DO BRASIL	INP-ME 300	BRASIL	MESA DE CIRUGIA MULTIFUNCION CON SET GINECOLOGICO, UROLOGICO Y RENAL.	320.000.000	640.000.000

ALBATROS SACI - 80002766-3	Advanced	Advanced Instrumentations Inc.	OT-500KE	USA	Mesa de cirugía Multifunción	350.000.000	700.000.000
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	MEDIFA	MEDIFA	series 6000	ALEMANIA	mesa de cirugía	325.000.000	650.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	MEDIFA	MEDIFA GmbH & Co. KG	No Aplica	Alemania	Mesa de cirugía multifuncion	295.000.000	590.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	Maquet/Getinge Group	Maquet	Alphaclassic Pro	Alemania/China		340.000.000	680.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	STERIS	STERIS CORPORATIO	SURGINOX	FRANCIA	MESA DE CIRUGIA MULTIFUNCION	350.000.000	700.000.000

Beneficio MyPIMES

4 - Mesa de cirugía multifuncion

Oferente	Precio	Fecha	Hora
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	414.900.000	25-10-2018	09:26:34.767

Listado General de todas las Ofertas

1 - Lampara cialitica con satellite

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOERIX S.A. - 80051821-7	280.260.000	25-10-2018	08:29:18.920	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f62425300b295886ec5c661369b05f6	
ALBATROS SACI - 80002766-3	284.000.000	25-10-2018	08:29:09.311	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3995a0831453f9d4dc3b3725bec0b2f6	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	284.260.000	25-10-2018	08:27:34.256	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	015ce5c881e6556e39d504fb00d1cf50	
ALBATROS SACI - 80002766-3	296.000.000	25-10-2018	08:27:21.518	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36052a52bd38400063b8418bd7ba15c9	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	296.260.000	25-10-2018	08:27:16.609	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	585060851601f43e864c888cc92b712d	
ALBATROS SACI - 80002766-3	300.000.000	25-10-2018	08:27:00.949	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7af668e3b261c00d65813c09f476210	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	300.260.000	25-10-2018	08:26:49.165	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f4d241f4941d214a9e7fdb7ecfa5902	
ALBATROS SACI - 80002766-3	308.000.000	25-10-2018	08:26:27.792	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	952a9308d7f58f90ac7689b768527d41	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	308.260.000	25-10-2018	08:26:21.306	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26c8b8e528528dabac5fbfb247e8215a	
ALBATROS SACI - 80002766-3	310.000.000	25-10-2018	08:26:06.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ae157e1ced43099620ece078b77d563	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	316.260.000	25-10-2018	08:26:01.729	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b8dad9ee2b00175c5a19ee9fecf9e6	
ALBATROS SACI - 80002766-3	318.000.000	25-10-2018	08:25:44.855	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae26541576580a3f67a531379afcf7a2	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	318.260.000	25-10-2018	08:25:36.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df0d622fde8cd121029e0447c2218903	
ALBATROS SACI - 80002766-3	320.000.000	25-10-2018	08:24:30.623	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7403b604668efa7b9a3d5ae0625488bb	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	324.260.000	25-10-2018	08:00:36.390	Propuesta
		Código Verificador:	a9ea3a052f2ad4839426a8cc68e97e2b	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	386.000.000	25-10-2018	08:00:36.399	Propuesta
		Código Verificador:	b930f10ad1cecd93760b74b9b69b7e52	
ALBATROS SACI - 80002766-3	400.000.000	25-10-2018	08:00:36.379	Propuesta
		Código Verificador:	e0ae2e783ecf6b3110fcdcf8d460b7b4	

2 - Lampara cialitica con satellite

25-10-2018

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOERIX S.A. - 80051821-7	220.000.000	25-10-2018	08:46:58.439	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c90f5b077ece354112579fe9d6119354	
ALBATROS SACI - 80002766-3	228.000.000	25-10-2018	08:46:38.730	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c72fb24aa9fc3d650c03a3a5594fa4b	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	230.000.000	25-10-2018	08:46:26.583	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56085a5118fb54a67969bacdcea6c577	
ALBATROS SACI - 80002766-3	232.000.000	25-10-2018	08:46:13.643	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e53a0f1b391d80a3e5633522d7a81493	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	233.000.000	25-10-2018	08:46:04.229	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a0d4b0f5e773c18303dde9ba0dbd619	
ALBATROS SACI - 80002766-3	234.000.000	25-10-2018	08:45:36.070	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3d871e07fb053826a792ef79d112ca4	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	235.000.000	25-10-2018	08:45:03.690	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2db73b632b43223328a659371665015	
ALBATROS SACI - 80002766-3	237.000.000	25-10-2018	08:44:50.275	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28b81e92b7d293ab0040d16a3bf9bea0	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	237.500.000	25-10-2018	08:43:58.419	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	611e79fc2aff5c3f7a47c336b93de6eb	
ALBATROS SACI - 80002766-3	238.000.000	25-10-2018	08:43:31.700	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90970b4dc3b2c1082b7935185dad2548	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	238.903.000	25-10-2018	08:00:36.959	Propuesta
		Código Verificador:	31ec158e27313475c169f4376cea890f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	250.000.000	25-10-2018	08:00:36.961	Propuesta
		Código Verificador:	dc6eac3d5bc35f1e75c93eaac42a8015	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	286.000.000	25-10-2018	08:00:36.960	Propuesta
		Código Verificador:	f51b4f1c363d42f18a66ab74cd89785b	
ALBATROS SACI - 80002766-3	300.000.000	25-10-2018	08:00:36.957	Propuesta
		Código Verificador:	0f48545db43b25b6dbd82e0b0891684e	

3 - Lampara scialiticas de pie

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOERIX S.A. - 80051821-7	148.000.000	25-10-2018	09:09:51.403	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa578c4c24e7523ee2a4ebf0438cc171	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	151.800.000	25-10-2018	09:09:38.889	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a349104b78aa5ff846e030d0aee280b	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	151.850.000	25-10-2018	09:09:29.070	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd82f26f23645bfd1da3766ae21ddda	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	151.900.000	25-10-2018	09:09:11.787	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec4e315cc49293bb3193c1bd09b07a6d	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	152.000.000	25-10-2018	09:08:33.349	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6adf8068e344b65e9aa9c29a2b2942b5	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	154.900.000	25-10-2018	09:08:12.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9b72344da4e0aef86a43780c7598307	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	155.000.000	25-10-2018	09:07:47.017	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5ad589ae4f8837179f5a5f1b096e5e8	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	159.000.000	25-10-2018	09:07:32.797	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60b5652aab8b9c6ebd9f4f1581b2c3fd	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	160.000.000	25-10-2018	09:07:21.666	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61bae6fa4769389238f8fbeeacaf97c59	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	165.000.000	25-10-2018	09:07:09.563	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21cc48cd7c4b1569f63bbd8b9822b9dd	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	170.000.000	25-10-2018	09:06:39.664	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f22b58d14891c67ab05bf36b1a8ce4ba	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	174.000.000	25-10-2018	09:06:32.437	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a83db69a5ade77eeb04eb56d0099c3f	

Listado General de todas las Ofertas

ALBATROS SACI - 80002766-3	174.900.000	25-10-2018	09:06:30.043	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	652e3b2310ceaa60436d52af2d7f7bebe	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	175.000.000	25-10-2018	09:06:11.638	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	317dd05e154530e8761e3d219afd1d97	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	187.000.000	25-10-2018	09:06:19.680	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b676bcd4bf0bdab052212af3ca6e09ac	
ALBATROS SACI - 80002766-3	189.000.000	25-10-2018	09:06:05.725	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9bbbfade0378481b45f12df5ae3cf37b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	190.000.000	25-10-2018	09:05:57.104	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	851b2d4ddcb4472d646949ef6cb86381	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	195.000.000	25-10-2018	09:05:53.460	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d07e9cd32a9530db1c20fab5548a453	
ALBATROS SACI - 80002766-3	198.000.000	25-10-2018	09:05:46.695	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	675a4becd729ae198e3d8f248cb8de06	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	200.000.000	25-10-2018	09:05:35.419	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c1313fc2a2bf03653a27a18fe3bf043	
ALBATROS SACI - 80002766-3	214.000.000	25-10-2018	09:05:34.800	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a76bde6e77541ed7c5fcc47cf238fcb6	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	215.000.000	25-10-2018	09:05:18.959	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a85d8c2c9e9afc8e454c44fda761b053	
ALBATROS SACI - 80002766-3	218.000.000	25-10-2018	09:04:53.942	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f05f46ffd63c69493277fc35d5147428	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	220.000.000	25-10-2018	08:00:37.141	Propuesta
		Código Verificador:	0bea81a7a64d1b5301d8cfb44d298495	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	250.000.000	25-10-2018	08:00:37.142	Propuesta
		Código Verificador:	a3072339caf41b9cb70cbe0870bd45ac	
ALBATROS SACI - 80002766-3	300.000.000	25-10-2018	08:00:37.140	Propuesta
		Código Verificador:	832adaf2da5054e3217a5a684ed0acc2	

4 - Mesa de cirugía multifuncion

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	414.900.000	25-10-2018	09:26:34.767	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	e35a1a7e039b596dadf5695022ffe64c	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	415.000.000	25-10-2018	09:26:04.151	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	117bbc49013c3a80568c1a0c5d3e04c7	
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	424.900.000	25-10-2018	09:25:40.036	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a830a3346e2c9ccdd2c0d755ac2f7ae7	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	425.000.000	25-10-2018	09:25:30.398	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8d2f9cd075cfa79043702df44cb119fc	
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	429.900.000	25-10-2018	09:25:32.488	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d90d152e5a51f4c6b04bcd3856a7910	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	430.000.000	25-10-2018	09:25:12.284	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2bf8c38aa5a36d9e49dbb399a204820f	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	430.000.000	25-10-2018	09:25:12.371	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b91c33e05d8c8b935115dcfe8d095b3	
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	439.900.000	25-10-2018	09:24:51.921	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2f6bde59dac4f79ef4f7d30f55b73a2	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	440.000.000	25-10-2018	09:24:41.005	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b00c3fac5de26cc294bfac8d82449604	
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	443.900.000	25-10-2018	09:24:38.421	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1865c606375f47dd1ac0bc9baf2361bf	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	444.000.000	25-10-2018	09:24:28.708	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eed15f34afe9fb18324c31fe7a11f071	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	445.000.000	25-10-2018	09:23:44.131	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	e7603f1a8f67c3b11345d12a6c68b1e3
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	446.900.000	25-10-2018	09:23:53.185
		Código Verificador:	655fd098936dc3bc2c00fd3b04780763
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	449.900.000	25-10-2018	09:22:57.057
		Código Verificador:	e349cf6f2b1d52ec51a1392060b03d67
BIOERIX S.A. - 80051821-7	450.000.000	25-10-2018	09:22:46.210
		Código Verificador:	52a705cb4b8c14854dc94111f7f6e133
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	460.000.000	25-10-2018	09:22:39.393
		Código Verificador:	87b045248c9773f11a907a5fd5750450
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	474.900.000	25-10-2018	09:22:32.705
		Código Verificador:	73a65dca668b8b1fbde5f9dd01c2a716
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	475.000.000	25-10-2018	09:22:21.184
		Código Verificador:	423f6852890081f31945dba7cbf3516f
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	479.900.000	25-10-2018	09:22:22.746
		Código Verificador:	656937edc8dd7fcf4a03ecbd6e06a2ff
BIOERIX S.A. - 80051821-7	480.000.000	25-10-2018	09:22:05.574
		Código Verificador:	ee84ac863a8b6e9e87533b2d416cb937
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	490.000.000	25-10-2018	09:21:41.898
		Código Verificador:	8a1eb3590fe9d832de2e300ba5104538
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	491.900.000	25-10-2018	09:21:56.923
		Código Verificador:	9e70461db0d85f6f1feb6d26176ceb1d
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	499.900.000	25-10-2018	09:21:32.790
		Código Verificador:	9650e59e6295def286650b9806c34f7d
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	500.000.000	25-10-2018	09:21:20.065
		Código Verificador:	887686a648a2545f8e39cacf4beab415
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	509.900.000	25-10-2018	09:21:07.522
		Código Verificador:	f2ed12afa7f46f415f1a64687755d9c6
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	510.000.000	25-10-2018	09:20:50.180
		Código Verificador:	6f7ecf14052a28b2f743895694387f26
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	529.900.000	25-10-2018	09:20:43.476
		Código Verificador:	38c7536a38e84b6b72cd66fb6470fd7a
BIOERIX S.A. - 80051821-7	530.000.000	25-10-2018	09:20:34.055
		Código Verificador:	51b8f0894664b988621cad3907b1dc34
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	530.000.000	25-10-2018	09:20:37.685
		Código Verificador:	0d32152e73995459b2583a427aa45da8
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	539.900.000	25-10-2018	09:20:26.246
		Código Verificador:	9b12326dd4ef5328502fa7917ea71dcd
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	540.000.000	25-10-2018	09:20:12.109
		Código Verificador:	d9a6e52ff0e616b7048566409b8454b6
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	549.900.000	25-10-2018	09:20:15.663
		Código Verificador:	e3da47d6f4a93e1d27ab700fc5ce6d64
BIOERIX S.A. - 80051821-7	550.000.000	25-10-2018	08:00:37.292
		Código Verificador:	4c9d316f8f5627eb8b33f57029c29fa0
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	550.000.000	25-10-2018	08:00:37.293
		Código Verificador:	1311bc7aa807cfba6824becf3b2d21ec
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	650.000.000	25-10-2018	08:00:37.294
		Código Verificador:	1760a54983b9478ec4ece152df73474a

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	358.000.000	25-10-2018	10:00:55.094	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e1f3cae113b56bec2e99424c275e266	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	359.000.000	25-10-2018	10:00:52.674	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72b9989f27cfd241b02aacc6000f5df1	
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	359.900.000	25-10-2018	10:00:45.504	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65d916042ce3dbe009221fc900a62ae0	
ALBATROS SACI - 80002766-3	360.000.000	25-10-2018	10:00:32.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea14731a171c8a3f5919f37f2e515ba9	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	362.000.000	25-10-2018	10:00:28.213	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7de65379e25451abb729b9c029ed5a41	
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	362.900.000	25-10-2018	10:00:36.951	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	819d05793191a18981ad2ce38460e67a	
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	364.900.000	25-10-2018	10:00:25.277	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96e0b03afaaaa5b9f48579fbc10aea4	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	365.000.000	25-10-2018	10:00:13.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae89e1a782e79130f3bb274f47f0a0a7	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	375.000.000	25-10-2018	10:00:14.532	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1498f6c9c39b59d2507bce49052d4b5c	
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	377.900.000	25-10-2018	10:00:16.373	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1bb542617add22004e5972d0afc0d0b	
ALBATROS SACI - 80002766-3	379.000.000	25-10-2018	10:00:15.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94f1dda48b163ab1704c0958f0c0405f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	380.000.000	25-10-2018	10:00:01.771	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4af5a15620594279f89afaa3ef1934a6	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	380.000.000	25-10-2018	10:00:10.889	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16b6845b8bb7a649fbb122ce744a3cb3	
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	388.900.000	25-10-2018	10:00:05.059	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ec5baa2a0d05c173b0606f0dbb4d52a	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	389.000.000	25-10-2018	09:59:50.829	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9abcbf76f59834be7f20b3a942924429	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	390.000.000	25-10-2018	09:59:47.309	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	832c47922292da5072debabe9feb0904	
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	398.900.000	25-10-2018	09:59:53.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b521a6ba4003664a3a191da02581f70	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	399.000.000	25-10-2018	09:59:42.993	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b1d2236e8ae45f79183f192809e8a2a	
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	399.900.000	25-10-2018	09:59:42.531	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6ec7fac3858593d1bfc18c8ffc33d61	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	400.000.000	25-10-2018	09:59:27.197	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d230afb72793aa8bac86cce4dceee5e2	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	400.000.000	25-10-2018	09:59:39.313	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4596dc6fe9623053e0563febc2d1ef1d	
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	408.900.000	25-10-2018	09:59:26.278	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d807841351bf07347d2b2af49d3dcc01	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	410.000.000	25-10-2018	09:59:14.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	320d899e5768830187200fd1a99c5b63	
ALBATROS SACI - 80002766-3	410.000.000	25-10-2018	09:59:37.101	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51d69881804e8918f8b6ae261697ab12	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	419.000.000	25-10-2018	09:59:27.243	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f12066e7eec1b6667c405647d36687a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	420.000.000	25-10-2018	09:59:10.839	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60a17f7ac13b336d87965940bf69fb64	
ALBATROS SACI - 80002766-3	420.000.000	25-10-2018	09:59:29.936	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea9572dda2cc3bc0b2e376caabd2d841	
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	427.900.000	25-10-2018	09:59:16.579	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f7dea74f8c5feab165389b023dba1e7	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	428.000.000	25-10-2018	09:59:02.543	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	c41a39df6abf3dc001bc25fa78ef536b	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	430.000.000	25-10-2018	09:59:04.838	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fecfa02aa626649898d40302b54ab20	
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	443.900.000	25-10-2018	09:59:05.462	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	306c654f7e26e596b2a4aa33d32e9a06	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	444.000.000	25-10-2018	09:58:48.429	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7fa7f9783ac7ec9583c710fa3f07a402	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	445.000.000	25-10-2018	09:58:39.145	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93d1c0f2fdf797abe62b6d6309740a86	
ALBATROS SACI - 80002766-3	450.000.000	25-10-2018	09:59:20.488	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f7a2344efe334ac8e9087b6be984342	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	470.000.000	25-10-2018	09:58:32.222	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af4f10f20bf234084d79210db5c059e3	
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	479.000.000	25-10-2018	09:58:28.854	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	713652b851c7a251e22339365769a3ca	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	480.000.000	25-10-2018	09:58:17.652	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42a58983038324e53383de344418a73a	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	490.000.000	25-10-2018	09:58:09.833	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4dde384344fcfb50855d57ec82fdf437	
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	499.000.000	25-10-2018	09:58:03.917	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77ecab1c6a44fad873008dd5e07101b7	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	500.000.000	25-10-2018	09:51:31.152	Etapa de Puja
		Código Verificador:	47f9b2d16bce79b89b7c66f296d6f660	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	530.000.000	25-10-2018	09:45:45.315	Recepción de Lances
		Código Verificador:	2c6f94d505064112ac3d5a34ad0f3e44	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	550.000.000	25-10-2018	09:37:14.058	Recepción de Lances
		Código Verificador:	7ea2d0f2aae8636ac2eaf38b7ed78e23	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	590.000.000	25-10-2018	08:00:37.558	Propuesta
		Código Verificador:	d8bef711d69781e3df6af7b5be4691fe	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	590.000.000	25-10-2018	09:59:47.979	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e87b562875ac7958af64f5d8e3896a3	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	600.000.000	25-10-2018	09:58:09.932	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54443ee37394eead4fb73e671324ee5	
SIEGEN S.A. - 80037885-7	640.000.000	25-10-2018	08:00:37.560	Propuesta
		Código Verificador:	058a66b684c4be6d76e11627a5987968	
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	650.000.000	25-10-2018	08:00:37.561	Propuesta
		Código Verificador:	3dfc122d54a6120d19e6502652a28e86	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	680.000.000	25-10-2018	08:00:37.559	Propuesta
		Código Verificador:	652f723ccde8360e53f90f0f850ec53a	
ALBATROS SACI - 80002766-3	700.000.000	25-10-2018	08:00:37.557	Propuesta
		Código Verificador:	bab9242e219e825ad34b5b49a026869d	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	700.000.000	25-10-2018	08:00:37.562	Propuesta
		Código Verificador:	e5320b55950b3889ee0bb7342064251a	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Lampara cialitica con satellite

Oferente	Mejor Precio
BIOERIX S.A. - 80051821-7	280.260.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	284.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	386.000.000

2 - Lampara cialitica con satellite

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

BIOERIX S.A. - 80051821-7	220.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	228.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	250.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	286.000.000

3 - Lampara scialiticas de pie

Oferente	Mejor Precio
BIOERIX S.A. - 80051821-7	148.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	151.800.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	174.900.000

4 - Mesa de cirugia multifuncion

Oferente	Mejor Precio
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	414.900.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	415.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	425.000.000

5 - Mesa de cirugia multifuncion

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	358.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	359.000.000
A.S. GROUP S.A. - 80092018-0	359.900.000
SIEGEN S.A. - 80037885-7	365.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	380.000.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	590.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002766-3 - ALBATROS SACI

Item	Precio Ganador
5 - Mesa de cirugia multifuncion	358.000.000

Proveedor: 80051821-7 - BIOERIX S.A.

Item	Precio Ganador
1 - Lampara cialitica con satelite	280.260.000
2 - Lampara cialitica con satelite	220.000.000
3 - Lampara scialiticas de pie	148.000.000

Proveedor: 80092018-0 - A.S. GROUP S.A.

Item	Precio Ganador
4 - Mesa de cirugia multifuncion	414.900.000

Listado de Mensajes

1 - Lampara cialitica con satelite

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-10-2018	08:11:15.850
Buenos días, comenzamos la Subasta.	25-10-2018	08:11:35.244
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	25-10-2018	08:14:42.919
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	25-10-2018	08:14:52.472
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	25-10-2018	08:14:57.573
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-10-2018	08:17:58.841
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-10-2018	08:18:01.420
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-10-2018	08:24:01.531

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-10-2018	08:31:47.729
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-10-2018	08:31:47.994

2 - Lampara cialitica con satellite

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-10-2018	08:32:45.386
Continuamos con la Subasta.	25-10-2018	08:33:00.793
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	25-10-2018	08:33:33.097
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	25-10-2018	08:33:38.460
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	25-10-2018	08:33:42.878
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-10-2018	08:36:20.093
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-10-2018	08:36:23.772
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-10-2018	08:42:24.142
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-10-2018	08:47:03.488
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-10-2018	08:47:03.833

3 - Lampara scialiticas de pie

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-10-2018	08:47:47.040
Continuamos con la Subasta.	25-10-2018	08:47:54.852
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	25-10-2018	08:48:00.654
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	25-10-2018	08:52:06.348
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	25-10-2018	08:57:27.635
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-10-2018	08:57:33.384
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-10-2018	08:57:36.035
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-10-2018	09:03:36.061
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-10-2018	09:11:19.259
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-10-2018	09:11:19.754

4 - Mesa de cirugía multifuncion

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-10-2018	09:11:41.364
Continuamos con la Subasta.	25-10-2018	09:11:50.805
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	25-10-2018	09:12:54.052
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-10-2018	09:13:58.323
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-10-2018	09:14:00.935
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-10-2018	09:20:01.226
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-10-2018	09:26:19.357
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	25-10-2018	09:26:19.562
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	25-10-2018	09:26:19.562
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-10-2018	09:26:34.989

5 - Mesa de cirugía multifuncion

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-10-2018	09:31:50.549
Continuamos con la Subasta.	25-10-2018	09:35:03.840
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	25-10-2018	09:37:26.112
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	25-10-2018	09:38:28.255
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	25-10-2018	09:38:36.064
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-10-2018	09:46:00.561
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-10-2018	09:46:03.309
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-10-2018	09:57:31.204
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-10-2018	10:00:57.436
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-10-2018	10:00:57.547

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

