

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 416817

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:15 del día 25/8/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 416817 - LPN N° 68/2022 - "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL HOSPITAL DE VILLA ELISA - MSPYBS" de la Institución:

Código Verificador: b777e70b984dd8ad1d3c38db931e631e

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Normas de calidad: CE. ¿Se podría cotizar CE y/o FDA?		04-08-2022	10:08:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		12-08-2022	13:57:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
¿Se podría cotizar resolución de al menos 1024x760 pixeles o mejor?		04-08-2022	10:10:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se requieren de equipos con una resolución de al menos 1360 x 760 pixeles como mínimo para una mejor visualización de los parámetros por el operador y para evitar que se oferten equipos de transporte. Ajustarse a la primera versión del PBC.-		12-08-2022	13:58:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
¿Se podría cotizar con almacenamiento de tendencias de al menos 120 horas o mayor?		04-08-2022	10:11:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		12-08-2022	13:59:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
¿Se podría cotizar con capacidad de almacenamiento de hasta 60 eventos o más?		04-08-2022	10:12:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		12-08-2022	13:59:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
¿Se podría cotizar con batería de al menos 3 horas?		04-08-2022	10:12:40
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	13:59:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Los monitores deben contar con la posibilidad de instalar a futuro RACK para agregar posteriormente otros módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software. ¿Podría ser considerado Opcional para los casos en que se coticen monitores preconfigurados?	04-08-2022	10:14:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	13:59:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Respiración: ¿Se podría cotizar rango de medición de 3 o menor a 150RPM?	04-08-2022	10:15:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	13:59:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Temperatura ¿Se podría cotizar de 25 a 45° o mejora rango?	04-08-2022	10:16:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	14:00:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Presión Invasiva ¿Se podría cotizar rango de medición de -40 a 300mmHg o mejor rango?	04-08-2022	10:17:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	14:00:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría cotizar de acero de alta resistencia acabado en frío o acero al carbono?	04-08-2022	10:18:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Estas especificaciones técnicas consideran requisitos mínimos, por lo que si se ofertan equipos con mejores características, estos se tendrán en cuenta. Ajustarse a la primera versión del PBC.-	12-08-2022	14:01:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría cotizar cubierta superior en acrílico que no sea transparente?	04-08-2022	10:18:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El objetivo de que la cubierta Superior sea transparente es el de mantener a la vista el contenido del compartimento y facilitar los controles del operador sin perder la capacidad de almacenamiento y resguardo de su contenido. Ajustarse a la primera versión del PBC.-	12-08-2022	14:02:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Tabla RCP en MDF ¿Podrían aclarar a que se refieren con MDF?	04-08-2022	10:19:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
MDF significa Medium density fiber board. Son láminas de madera unidas por resina sintética y comprimidas por presión y calor, dando como resultado tableros sólidos y muy uniformes, con buen acabado y durabilidad.	12-08-2022	14:03:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría cotizar con ruedas plásticas o estructura en acero de 4 pulgadas o más?	04-08-2022	11:18:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	14:03:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría considerar como opcional las medidas del plato, la tabla y las gavetas?. Para evitar dirigir las especificaciones a una marca específica.	04-08-2022	11:20:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Favor ajustarse al PBC. Las medidas consideradas son las mínimas necesarias para un correcto funcionamiento y distribución de los medicamentos dentro del carro de paro.		12-08-2022	14:04:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 1 Servocuna Donde dice Movimiento de Trendelernburg directo e inverso, accionados eléctricamente, de al menos +/- 15°. Lámpara o elemento calefactor abatible o que permita el acceso del equipo de rayos X. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con movimiento de trendelernburg directo en inverso accionados eléctricamente, de al menos +/-12°C de inclinación. Considerado que es angulación suficiente para cualquier procedimiento médico. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.		04-08-2022	14:03:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		12-08-2022	14:04:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 1 Servocuna Donde dice Idioma de paneles: Español con su correspondiente pictografía. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar Idioma de paneles: Español o Ingles con su correspondiente pictografía. Considerando que esta no altera las prestaciones del equipo, además el modulo de control de la cuna de calor radiante generalmente esta compuesta de números, símbolos, y código de errores. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.		04-08-2022	14:03:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		12-08-2022	14:04:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 1 Servocuna Donde Dice Verificación de paciente o vigilar paciente en modo manual. Solicitamos amablemente a la convocante agregar a este requerimiento como opcional o eliminar del requisito. Esta solicitud se debe que es una función propia de la marca medix; Además la manera mas propicia de vigilar paciente o monitorizar es con la función servo controlada con el sensor de temperatura piel, el cual la mayoría de las marcas cumplen con dicha función.		04-08-2022	14:04:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		12-08-2022	14:05:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 1 Servocuna Donde dice Silenciado manual de alarmas por 15 minutos. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con silenciado manual de alarmas de 12 minutos o más, el pedido obedece a que cualquier condición de alarma debe ser suprimida en el menor tiempo posible, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas. Sugerimos silenciado manual de alarmas por 15 min. +/-3min.		04-08-2022	14:04:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		12-08-2022	14:05:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 1 servocuna Donde dice Toma corriente adicional inter construido, uno como mínimo. Con enchufe tipo Schuko Solicitamos amablemente a la convocante que este requerimiento sea opcional, considerando que tomas auxiliares adheridos al equipo puede presentar un riesgo para la integridad del paciente.		04-08-2022	14:04:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		12-08-2022	14:05:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 1 Servocuna Donde dice Sistema de fallas/ Autodiagnostico. Donde dice sistema de fallas y autodiagnóstico. Solicitamos amblemente a la convocante agregar a esta función como opcional. Considerando que existen otras descripciones para la misma función como códigos de errores o indicadores de fallas. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.		04-08-2022	14:04:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		12-08-2022	14:06:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 2 Incubadora Cerrada de Cuidados Intensivos Donde dice Modulo visible a distancia que permita su giro lateral y vertical para posicionarlo según la necesidad del usuario. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con modulo visible a distancia que permita y su ajuste de altura vertical para posicionarlo según necesidad de usuario. El modulo visible con giro lateral es propia de la marca medix, de esta manera evitar cualquier interpretación de direccionamiento de las especificaciones técnicas.		04-08-2022	14:05:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		12-08-2022	14:06:20

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2 Incubadora Cerrada de Cuidados Intensivos Indicación de las alarmas en forma audiovisual, con identificación mediante una matriz de LED. Solicitamos amablemente a la convocante agregar al requerimiento o mediante Pantalla. De esta manera aceptar equipos con mejores prestaciones a lo requerido y dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes sabiendo que es de público conocimiento que estas especificaciones técnicas son propias de la marca medix.	04-08-2022	14:05:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	14:06:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2 Incubadora Cerrada de Cuidados Intensivos Donde dice El equipo deberá permitir realizar movimientos accionados electrónicamente con tecla de autocentrado Trendelemburg-Anti-Trendelemburg continuos, que permita llegar a un ángulo de +/-15°. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con posicionamiento de trendelemburg inverso y reverso en forma manual y que permita llegar a un ángulo de +/-12°. Sugerimos El equipo deberá permitir realizar movimiento de altura accionados electrónicamente; Movimiento de Trendelemburg-Anti-Trendelemburg manual, que permita llegar a un ángulo de 15° +/- 3°. De esta manera permitir la participación de mayor cantidad de oferentes sabiendo que es de público conocimiento que estas especificaciones técnicas son propias de la marca medix.	04-08-2022	14:05:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	14:06:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2 Incubadora Cerrada de Cuidados Intensivos Donde dice Deberá poseer un gabinete rodante con cuatro ruedas, de al menos tres con freno muy robusto, de máxima seguridad para el traslado dentro de terapia. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con al menos dos ruedas con frenos. Generalmente los equipos se fabrican con 2 ruedas con frenos o freno en las cuatro ruedas. Que se solicite freno en 3 ruedas es para diferenciar especificaciones técnicas y tratar de direccionar, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.	04-08-2022	14:05:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	14:06:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2 incubadora Donde dice Temperatura de Pile T1, Rango: 10 a 45° +/-0,3°C. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar la acotación +/-0,3°C. Sugerimos sustituir por +/-3°C, consideramos que es un error de dígito por lo que el valor solicitado es muy inferior a intensidad de ampliar esta especificación.	04-08-2022	14:06:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	14:06:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2 Incubadora Cerrada de Cuidados Intensivos Donde dice temperatura Piel T1 Control: 34-37° C con rango extendido a 38°C Solicitamos amablemente a la convocante aclarar o eliminara la descripción rango extendido a 38°C. Considerando que la descripción como tal es propia de especificaciones técnicas de la marca medix, se puede observar claramente en el manual o ficha técnica de modelo Natal Care. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes	04-08-2022	14:06:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	14:07:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2 Incubadora Cerrada de Cuidados Intensivos Donde dice temperatura AireControl: 20-37° C con rango extendido a 39°C Solicitamos amablemente a la convocante aclarar o eliminar la descripción rango extendido a 39°C. Considerando que la descripción como tal es propia de especificaciones técnicas de la marca medix, se puede observar claramente en el manual o ficha técnica de modelo Natal Care.	04-08-2022	14:06:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	14:07:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2 Incubadora Cerrada de Cuidados Intensivos Donde dice Silenciar las alarmas acústica durante 15 minutos, La aparición de una nueva condición de alarma la activa nuevamente.. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con silenciado manual de alarmas de 12 minutos o más, el pedido obedece a que cualquier condición de alarma debe ser suprimida en el menor tiempo posible, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas. Sugerimos silenciado manual de alarmas por 15 min. +/-3min.	04-08-2022	14:07:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	14:07:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2 Incubadora Cerrada de Cuidados Intensivos Donde dice Pantalla que permita ingresar peso del paciente y edad gestacional Solicitamos amablemente a la convocante agregar como opcional a este requerimiento o solicitar que el equipo tenga balanza incorporada, que es de mayor utilidad para obtener y agregar el dato del peso del paciente; Además esta especificación es propia de la marca Medix modelo Natal Care, se puede observar en la ficha técnica del equipo. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.	04-08-2022	14:07:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	14:07:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2 Incubadora Cerrada de Cuidados Intensivos Donde dice Pantalla que permita ingresar peso del paciente y edad gestacional. Solicitamos amablemente a la convocante agregar a esta función como opcional. Considerando que esta función corresponde a las especificaciones técnicas de la marca medix modelo natal care, de esta manera evitar cualquier interpretación de direccionamiento de marca en las especificaciones. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.	04-08-2022	14:07:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	14:07:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2 Incubadora Cerrada de Cuidados Intensivos Donde dice Pantalla de ayuda para obtener información deseada del equipo Solicitamos amablemente a la convocante agregar a esta función como opcional. Considerando que esta función corresponde a las especificaciones técnicas de la marca medix modelo natal care, se puede observar claramente en la web. De esta manera evitar cualquier interpretación de direccionamiento de marca en las especificaciones. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas	04-08-2022	14:07:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	14:07:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 5 Cardiodesfibrilador con sincronización y monitorización Donde dice Capacidad de cargas en 5 segundos o menos a 200 Joules. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con capacidad de cargas en 7 segundos o menos a 200 Joule. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes; Además el rango sugerido es muy cercano a lo solicitado, el cual no limita las prestaciones del equipo.	04-08-2022	14:43:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	14:08:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 5 Cardiodesfibrilador con sincronización y monitorización Donde dice Paletas externas reusables para pacientes Pediátricos y Neonatales, solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con Paletas externas reusables para pacientes Pediátricos. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes.	04-08-2022	14:44:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	14:08:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Pantalla de 15 pulgadas como mínimo Consulta: Solicitamos a la convocante poder ofertar monitor de 12.1" como mínimo.	04-08-2022	15:17:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se requiere de un monitor de 15 pulgadas como mínimo para poder ofrecer al operador una mejor visualización de los parámetros a la distancia y evitar el concurso de equipos portátiles o cuyo uso sea de transporte. Ajustarse a la primera versión del PBC	12-08-2022	14:09:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Alimentación: 100V/220V / 50Hz/60Hz, con cable de alimentación según norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). Con una batería de al menos 4 horas. Solicitamos a la convocante aceptar batería de al menos 3 hs.	04-08-2022	15:19:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La duración de la batería del equipo deberá ser de 240 minutos como mínimo, si bien la energía eléctrica de las unidades de terapia intensiva están garantizadas por un generador en casi todas ellas, este ítem se mantendrá sin modificaciones para evitar ofertas de equipos de transporte.	12-08-2022	14:10:24
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 6 Monitor multiparamétrico Donde dice Pantalla de 15 pulgadas como mínimo Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con pantalla de 12 pulgadas como mínimo, considerando tamaño suficiente y adecuado para situar en una unidad de terapia intensiva, o salas de internaciones, de esta manera aminorar el costo del producto y obtener mejores ofertas.		04-08-2022	15:28:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se requiere de un monitor de 15 pulgadas como mínimo para poder ofrecer al operador una mejor visualización de los parámetros a la distancia y evitar el concurso de equipos portátiles o cuyo uso sea de trasporte.		12-08-2022	14:10:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 6 Monitor multiparamétrico Donde dice Resolución de al menos 1360 x 760 pixeles como mínimo. Con Resolución de al menos 800x600 pixeles (resolución para equipos con pantalla de 12) o 1024 x 768 correspondiente a equipos con pantalla de 15. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas; Además la resolución solicitada es suficiente como para apreciar de manera correcta las curvas, valores numéricos, parámetros y alarmas típicas de monitores multiparamétrico.		04-08-2022	15:28:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se requiere de un monitor con una resolución de 1360 x 760píxeles como mínimo para poder ofrecer al operador una mejor visualización de los parámetros a la distancia y evitar el concurso de equipos portátiles o cuyo uso sea de trasporte.		12-08-2022	14:11:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 6 Monitor multiparamétrico Donde dice Pantalla modo noche. Solicitamos amablemente a la convocante agregar opcional a este requerimiento considerando que en una sala de internación o terapia generalmente esta encendida la luz, por lo que esta función esta demás. La función utilizan algunas marcas para diferenciar en especificaciones técnicas, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.		04-08-2022	15:28:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		12-08-2022	14:11:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 6 Monitor multiparamétrico Donde dice Los monitores deben contar con la posibilidad de instalar a futuro RACK para agregar posteriormente otros módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar la siguiente descripción. Los monitores deben contar con la posibilidad de instalar modulos o parámetros a futuro, considerando que en el apartado anterior solicitan monitores modular, sin especificar el tipo de modulo. Generalmente los RACKS son propias de unas pocas marcas. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas		04-08-2022	15:28:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		12-08-2022	14:12:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 6 Monitor multiparamétrico Donde dice Detección de marcapasos. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con función indicador de marcapasos. Sugerimos Detección o función indicador de marcapasos. Considerando que esta función varia acorde al fabricante. De esta manera aperturar las especificaciones y dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.		04-08-2022	15:29:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La Función es la de Detección del Marcapasos en el ECG que muestra el Monitor, si la empresa oferente cuenta con la función de Indicador de Marcapasos, pero posee la misma función, esta será tenida en cuenta al momento de evaluación de la oferta. Interpretamos la palabra indicador como sinónimo de Detección.		12-08-2022	14:13:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 6 Monitor multiparamétrico Donde dice Rango de medición de -40 a 3600 mmHg. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con rango de medición de -10 a 300 mmHg, considerando que la medición de presión invasiva arterial muy raramente supera los 250mmHg y que presión arterial no se mide en rangos negativo. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas. El rango solicitado son valores que algunas marcas especifican para diferenciar en las especificaciones técnicas.		04-08-2022	15:29:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		12-08-2022	14:13:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 7 Carro de Paro Donde dice Estructura de acero de alta resistencia acabado en frio. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con fabricación en polímero de alta resistencia. El pedido viene dada que los equipos fabricado en polímero son de mayor grado higiénico que las solicitadas (pintadas). De esta manera aceptar mayor variedad de ofertas y por lo tanto mas participantes.		04-08-2022	15:52:49
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		12-08-2022	14:14:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 7 Carro de Paro Donde dice Cubierta superior en acrílico transparente para aislamiento de equipos. Solicitamos a la convocante eliminar la descripción Transparente considerando que los acrílicos independiente al color o si son transparente, cumple la misma función. De esta manera abrir las especificaciones técnicas para la participación de mayor cantidad de oferentes.		04-08-2022	15:53:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El objetivo de que la cubierta Superior sea transparente es el de mantener a la vista el contenido del compartimento y facilitar los controles del operador sin perder la capacidad de almacenamiento y resguardo de su contenido		12-08-2022	14:14:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 7 Carro de Paro Donde dice Largo: 61 cm, ancho 90 cm +/- 3 cm Solicitamos amablemente a la convocante incrementar la acotación +/-3 a +/-6 considerando que las medidas varían ampliamente acorde a la fabricación y forma del carro de paro, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.		04-08-2022	15:53:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		12-08-2022	14:15:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 7 Carro de Paro Donde dice Alto 102 cm +/- 3 cm. Solicitamos amablemente a la convocante incrementar la acotación +/-3 a +/-10 considerando que las medidas varían ampliamente acorde a la fabricación y forma del carro de paro, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.		04-08-2022	15:53:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		12-08-2022	14:15:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 7 Carro de Paro Donde dice Largo: 40 cm, ancho 47 cm +/- 3 cm Tabla RCP: Largo 40 cm, ancho 60 cm +/- 3 cm Solicitamos amablemente a la convocante incrementar la acotación +/-3 a +/-8 considerando que las medidas varían ampliamente acorde a la fabricación y forma del carro de paro, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.		04-08-2022	15:53:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		12-08-2022	14:16:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 7 Carro de Paro Donde dice capacidad de Carga: 100 kg Solicitamos amablemente a la convocante acotar la solicitud de la siguiente manera capacidad de Carga: 100 kg +/- 20Kg. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas		04-08-2022	15:53:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		12-08-2022	14:16:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ÍTEM 07 – CARRO DE PARO Donde dice: Estructura de acero de alta resistencia acabado en frio. Solicitamos a la convocante permita la cotización de: Estructura de acero de alta resistencia acabado en frio o polímero de alta densidad ABS		04-08-2022	16:06:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		12-08-2022	14:16:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ÍTEM 07 – CARRO DE PARO Donde dice: Tabla RCP en MDF Solicitamos a la convocante permita la cotización de: Tabla RCP en MDF o ABS		04-08-2022	16:07:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		12-08-2022	14:16:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ÍTEM 07 – CARRO DE PARO Donde dice: Manillar metálico para facilitar el transporte Solicitamos a la convocante permita la cotización de: Manillar para facilitar el transporte, omitir el material considerando que hay equipos que tienen en ABS		04-08-2022	16:07:27

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	14:16:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ÍTEM 07 – CARRO DE PARO Donde dice: Tabla RCP: Largo 40 cm, ancho 60 cm +/- 3 cm Solicitamos a la convocante permita la cotización de: Manillar para facilitar el transporte, omitir el material considerando que hay equipos que tienen en ABS	04-08-2022	16:07:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	14:17:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4 Laringoscopia Neonatal.- Estimados Señores, cumplimos en informar que el precio referencial está muy por debajo de los precios regulares de nuestro mercado. Por lo expuesto, solicitamos verificar y ajustar el precio referencial a por lo menos Gs. 8.000.000 (guaraníes ocho millones).	04-08-2022	16:08:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Dictamen DOC 199/2022	12-08-2022	16:32:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Plan de entrega de los bienes, dice: Dentro de los 45 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. Solicitamos respetuosamente a la convocante extienda el plazo para entrega de los bienes, quedando de la siguiente manera: Dentro de los 60 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor.	04-08-2022	16:10:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se puede modificar el plazo de entrega, ya que se necesitan con urgencia. Ajustarse a la primera versión del PBC.-	12-08-2022	16:34:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 8 Aspirador de secreciones Donde dice Frasco colector lavable y esterilizable polisulfon de 3 litros. . Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con frasco colector lavable y esterilizable polisulfon de 1 litro, esta solicitud obedece a que lo requerido forma parte de aspiradores de secreciones portátil de uso en urgencias, ambulancias y lugares de transporte. El tamaño de frasco de 3 litros es muy grande e incómodo para su portabilidad.	04-08-2022	16:29:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los aspiradores solicitados quedarán dentro de los servicios de terapia intensiva y deben ser portátiles para poder ser utilizados en el interior de la UTI, no para trasladar pacientes, por lo tanto, la capacidad mínima considerada es de 3 litros. Ajustarse al PBC.-	12-08-2022	16:36:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 8 Aspirador de secreciones Donde dice Carro soporte con 4 rueditas dirigibles y con freno a pedal solicitamos amablemente a la convocante agregar opcional a este requerimiento o Solicitar de la siguiente manera. Carro soporte con 4 rueditas dirigibles y con freno a pedal o manija de transporte para su portabilidad, esta solicitud obedece a que lo requerido forma parte de aspiradores de secreciones portátil de uso en urgencias, ambulancias y lugares de transporte	04-08-2022	16:29:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los aspiradores solicitados no serán utilizados fuera de la terapia intensiva. Ajustarse a la primera versión del PBC.-	12-08-2022	16:37:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 8 Aspirador de secreciones Donde dice Capacidad de succión aproximadamente de 40 a 60 litros / min como mínimo. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con capacidad de succión de 28 litros o mejor. Esta solicitud obedece a que lo requerido forma parte de aspiradores de secreciones portátil de uso en urgencias, ambulancias y lugares de transporte, dicha capacidad de succión es suficiente para la aspiración de secreciones en los lugares de aplicación citado. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas.	04-08-2022	16:30:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
la capacidad de succión está en relación directa con la capacidad del frasco, y los aspiradores requeridos en este llamado no son para transporte. Ajustarse a la primera versión del PBC.-	12-08-2022	16:38:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Item 8 Aspirador de secreciones Donde dice características técnicas Frasco colector de 3 litros. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con frasco colector lavable y esterilizable polisulfon de 1 litro esta solicitud obedece a que lo requerido forma parte de aspiradores de secreciones portátil de uso en urgencias, ambulancias y lugares de transporte. El tamaño de frasco de 3 litros es muy grande e incómodo para su portabilidad.	04-08-2022	16:30:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los aspiradores solicitados quedarán dentro de los servicios de terapia intensiva y deben ser portátiles para poder ser utilizados en el interior de la UTI, no para trasladar pacientes, por lo tanto, la capacidad mínima considerada es de 3 litros. Ajustarse al PBC.-	12-08-2022	16:39:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 8 Aspirador de secreciones Donde dice Accesorios 2 frascos colector de 3 litros autoclavables con su tapa. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con frasco colector lavable y esterilizable polisulfon de 1 litro esta solicitud obedece a que lo requerido forma parte de aspiradores de secreciones portátil de uso en urgencias, ambulancias y lugares de transporte. El tamaño de frasco de 3 litros es muy grande e incómodo para su portabilidad.	04-08-2022	16:30:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los aspiradores solicitados quedarán dentro de los servicios de terapia intensiva y deben ser portátiles para poder ser utilizados en el interior de la UTI, no para trasladar pacientes, por lo tanto, la capacidad mínima considerada es de 3 litros. Ajustarse al PBC.-	12-08-2022	16:40:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sobre el punto "Alimentación eléctrica de 200V / 50Hz.". Se solicita a la convocante modificar el requerimiento a 220V / 50 Hz o en su defecto representarlo en un rango de valores.	04-08-2022	16:57:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-08-2022	16:40:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 3 solicitan: Mínimo tres rangos de selección de presión de oclusión. Sugerimos a la convocante modificar a: Presión de oclusión de 6 niveles o mayor. Esto considerando que las características solicitadas inicialmente son muy básicas y de modelos de equipos ya obsoletos. Sugerimos a la convocante considerar requerimientos superiores considerando que con el precio referencial podrían adquirir equipos de mejores prestaciones y con tecnologías actualizadas similares a las ya adquiridas por otros Hospitales del MSPBS, como referencia mencionamos la LPN 04/21 ID 399900.	04-08-2022	16:58:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Estas especificaciones técnicas consideran requisitos mínimos, si se ofertan equipos con mejores características, estos serán tenidos en cuenta.-	12-08-2022	16:48:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 3 solicitan: Amplio intervalo para seleccionar velocidades de flujo desde muy baja hasta muy alta (desde 0.1 ml/hora hasta 300 ml/hora). Sugerimos a la convocante modificar a: Rango de flujo de 0,1 ml/h a 999.9 ml/h o mejor, con incrementos de 0,1 ml/h o mejor. Esto considerando que las características solicitadas inicialmente son muy básicas y el rango solicitado en realidad no es muy amplio y corresponde a modelos de equipos ya obsoletos. Sugerimos a la convocante considerar requerimientos superiores considerando que con el precio referencial podrían adquirir equipos de mejores prestaciones y con tecnologías actualizadas similares a las ya adquiridas por otros Hospitales del MSPBS, como referencia mencionamos la LPN 04/21 ID 399900.	04-08-2022	16:58:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Estas especificaciones técnicas consideran requisitos mínimos, si se ofertan equipos con mejores características, estos serán tenidos en cuenta. Ajustarse a la primera versión del PBC.-	16-08-2022	08:09:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 3 solicitan: Alta precisión de velocidad de flujo, entre +/- 3 a 5%. Sugerimos a la convocante modificar a: Precisión del flujo (menor o igual al 2%). Esto considerando que las características solicitadas inicialmente son muy básicas y la precisión es mayor cuando menor es el porcentaje de variación. El valor requerido inicialmente corresponde a modelos de equipos ya obsoletos. Sugerimos a la convocante considerar requerimientos superiores considerando que con el precio referencial podrían adquirir equipos de mejores prestaciones y con tecnologías actualizadas similares a las ya adquiridas por otros Hospitales del MSPBS, como referencia mencionamos la LPN 04/21 ID 399900.	04-08-2022	16:59:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Estas especificaciones técnicas consideran requisitos mínimos, si se ofertan equipos con mejores características, estos serán tenidos en cuenta. Ajustarse a la primera versión del PBC.-	16-08-2022	08:13:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 3 solicitan: Batería recargable para operación autónoma durante 30 minutos o mayor. Sugerimos a la convocante modificar a: Duración de la batería: mínimamente 5 hs. en funcionamiento. Esto considerando que las características solicitadas inicialmente son muy básicas y 30 minutos de duración para la batería es muy baja y poco práctica para el flujo de trabajo, y corresponde a modelos de equipos ya obsoletos. Sugerimos a la convocante considerar requerimientos superiores considerando que con el precio referencial podrían adquirir equipos de mejores prestaciones y con tecnologías actualizadas similares a las ya adquiridas por otros Hospitales del MSPBS, como referencia mencionamos la LPN 04/21 ID 399900.	04-08-2022	16:59:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Estas especificaciones técnicas consideran requisitos mínimos, si se ofertan equipos con mejores características, estos serán tenidos en cuenta. Ajustarse a la primera versión del PBC.-	16-08-2022	08:13:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 3 solicitan: Línea de extensión o prolongador estéril con fecha de vencimiento mínimo a 1 año de la fecha de entrega del producto, paq. X 50 (1). Solicitamos a la convocante aclarar la cantidad de líneas de extensión requeridas ¿Serían 50 unidades en total o por cada bomba de infusión a jeringa?	04-08-2022	17:00:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	16-08-2022	08:15:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos a la convocante incluir las siguientes características como requerimiento para el ítem 3 Bomba de Infusión a Jeringa a modo de garantizar la adquisición de equipos con tecnologías actualizadas, cuyo uso sea práctico y optimice el flujo de trabajo de los profesionales de la salud. Peso 2Kg o menor. Selección de volumen 0,1ml a 1.000ml o mejor, con incrementos de 0,1ml a 1 ml o mejor. Selección de tiempo de 1 min. a 99h 59 min. Cálculo de velocidad automático de acuerdo al tiempo o dosis. Administración de bolo: Volumen mínimo de bolo 25 ml o mejor, bolo a demanda, bolo con preselección de volumen/dosis, bolo por tiempo. Sistema de vena abierta (KVO). Programación de 0.0 (desconectado) a 10 ml/h. Menú de tipo de drogas de 40 tipos o mayor. Como referencia mencionamos que equipos con estas prestaciones ya fueron adquiridos por otros Hospitales del MSPBS (Ver LPN 04/21 ID 399900).	04-08-2022	17:01:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Estas especificaciones técnicas consideran requisitos mínimos, si se ofertan equipos con mejores características, estos serán tenidos en cuenta. Ajustarse a la primera versión del PBC.-	16-08-2022	08:15:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 3 - BOMBAS DE INFUSION A JERINGA Donde dice Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 5 años después de la adquisición del equipo. Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Solicitamos a la convocante modificar este punto según detalle: Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 5 años después de la adquisición del equipo. Que en caso de que la convocante requiera, la empresa oferente proveerá dichos repuestos y accesorios con costo adicional. Garantía escrita que cuenta con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución, donde ocurriere la falla de algún equipo que se haya dañado por causas de los bienes e insumos proveídos debido al diseño, material o fabricación defectuosa.	04-08-2022	17:07:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	16-08-2022	08:15:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem N° 06 MONITOR MULTIPARAMETRICO, en una parte de las especificaciones técnicas dice: Rango de medición de -40 a 3600 mmHg Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar equipos con: Rango de medición de -40 a 300 mmHg o mayor rango.	04-08-2022	17:11:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	16-08-2022	08:16:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem N° 08 ASPIRADOR DE SECRECIONES, en una parte de las especificaciones técnicas dice: Frasco colector lavable y esterilizable polisulfon de 3 litros. Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar equipos con: Frasco colector lavable y esterilizable polisulfon de 1 litro o mayor.	04-08-2022	17:11:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los aspiradores solicitados quedarán dentro de los servicios de terapia intensiva y deben ser portátiles para poder ser utilizados en el interior de la UTI, no para trasladar pacientes, por lo tanto, la capacidad mínima considerada es de 3 litros. Ajustarse al PBC.-	16-08-2022	08:17:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem N° 08 ASPIRADOR DE SECRECIONES, en una parte de las especificaciones técnicas dice: 2 frascos colector de 3 litros autoclavables con su tapa Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar equipos con: 2 frascos colector de 1 litro o mayor autoclavables con su tapa.	04-08-2022	17:11:44

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los aspiradores solicitados quedarán dentro de los servicios de terapia intensiva y deben ser portátiles para poder ser utilizados en el interior de la UTI, no para trasladar pacientes, por lo tanto, la capacidad mínima considerada es de 3 litros. Ajustarse al PBC.-	16-08-2022	08:20:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
"Teckla SYC en el panel frontal". Consulta: Aclarar siglas SYC.	04-08-2022	17:12:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	16-08-2022	08:20:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 3 - BOMBAS DE INFUSION A JERINGA Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 5 años después de la adquisición del equipo. Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. Respecto a este punto solicitamos a la Entidad que dicho requisito sea unificado de la siguiente manera: Garantía escrita de 2 años como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios a partir de la instalación y funcionamiento en la institución. donde ocurriera la falla de algún equipo que se haya dañado por causas de los bienes e insumos proveídos debido al diseño, material o fabricación defectuosa.	04-08-2022	17:13:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	16-08-2022	08:20:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
"Monitor preconfigurado con opción de agregar módulos" y "Los monitores deben contar con la posibilidad de instalar a futuro RACK para agregar posteriormente otros módulos de parámetros sin necesidad de hacer ningún cambio en el hardware ni el software." Se solicita a la convocante admitir equipos preconfigurados sin rack para módulos, modificando tales puntos a OPCIONAL. En licitaciones anteriores se han solicitado este tipo de equipos, que posteriormente no pudieron ser dotados de módulos por cuestiones ajenas al servicio.	04-08-2022	17:17:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	16-08-2022	08:20:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem N° 08 ASPIRADOR DE SECRECIONES, en una parte de las especificaciones técnicas dice: 2 frascos colector de 3 litros autoclavables con su tapa Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar equipos con: 2 frascos colector de 1 litro o mayor autoclavables con su tapa.	04-08-2022	17:18:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los aspiradores solicitados quedarán dentro de los servicios de terapia intensiva y deben ser portátiles para poder ser utilizados en el interior de la UTI, no para trasladar pacientes, por lo tanto, la capacidad mínima considerada es de 3 litros. Ajustarse al PBC.	16-08-2022	08:21:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
"Pantalla de 15 pulgadas como mínimo" Se solicita a la convocante admitir equipos con 12" o más. Permitiendo la presentación de más oferentes.	04-08-2022	17:19:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se requiere de un monitor de 15 pulgadas como mínimo para poder ofrecer al operador una mejor visualización de los parámetros a la distancia y evitar el concurso de equipos portátiles o cuyo uso sea de transporte. Ajustarse a la primera versión del PBC	16-08-2022	08:22:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
"Resolución de al menos 1360 x 760 pixeles como minimo" Se solicita a la convocante admitir equipos con resolucion de 1280x800.	04-08-2022	17:21:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se requieren de equipos con una resolución de al menos 1360 x 760 pixeles como mínimo para una mejor visualización de los parámetros por el operador y para evitar que se oferten equipos de transporte. Ajustarse a la primera versión del PBC.-	16-08-2022	08:23:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem N° 06 MONITOR MULTIPARAMETRICO. - Estimados Señores, cumplimos en informar que el precio referencial está muy por debajo de los precios regulares de nuestro mercado, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas solicitadas Por lo expuesto, solicitamos verificar y ajustar el precio referencial a por lo menos Gs. 50.000.000 (guaraníes Cincuenta millones).	04-08-2022	17:22:46
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse al Dictamen DOC 199/2022		16-08-2022	08:23:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
"Rango de medición de -40 a 3600 mmHg". Se solicita a la convocante la verificación de el rango de medición de este parámetro. Surgerencia: -40 o menos a 360 mmHg.		04-08-2022	17:23:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		16-08-2022	08:24:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 3: En donde dice: Línea de extensión o prolongador estéril con fecha de vencimiento mínimo a 1 año de la fecha de entrega del producto, paq. X 50 (1) Favor se solicita amablemente a la convocante aclarar si lo que se solicita es que con cada bomba solicitan 50 sets		04-08-2022	17:24:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		16-08-2022	08:24:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante aclarar si la entrega va a ser el 100% en una sola entrega, sobre todo para el ítem 3		04-08-2022	17:29:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		16-08-2022	08:25:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante si se puede extender el plazo de entrega a 75 días corridos desde la orden, ya que los equipos son importados		04-08-2022	17:31:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
No se puede modificar el plazo de entrega, ya que se necesitan con urgencia. Ajustarse a la primera versión del PBC.-		16-08-2022	08:26:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item 3: en donde dice: Mínimo tres rangos de selección de presión de oclusión, se podría especificar a que se refiere?		04-08-2022	17:33:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		16-08-2022	08:27:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Capacidad de cargas en 5 segundos o menos a 200Joules, solicitamos diga Capacidad de cargas en 6 segundos o menos a 200 Joules		04-08-2022	18:06:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		16-08-2022	08:28:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Paletas externas reusables para pacientes Pediátricos y Neonatales, solicitamos diga Paletas externas reusables para pacientes Pediátricos y Adultos		04-08-2022	18:08:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-		16-08-2022	08:29:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Capacidad de cargas en 5 segundos o menos a 200 Joules, solicitamos se modifique a: Capacidad de carga en 5 segundos hasta 150J (energía recomendada para adultos)		04-08-2022	18:15:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La capacidad de descarga debe ser de 200 Joules que es lo recomendado para arritmias malignas en el adulto, Ajustarse a la primera versión del PBC.-		16-08-2022	08:31:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde solicitan: Paletas externas reusables para pacientes pediátricos y Neonatales, solicitamos la reconsideración de este punto, considerando que las paletas reusables no se encuentran en tamaño neonatal, debido a que los pacientes neonatales no se desfibrilan, algunos fabricantes cuentan con paletas descartables tamaño pediátrico/infantil	04-08-2022	18:15:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	16-08-2022	08:32:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En los accesorios solicitan: Palas externas para pacientes Pediátricos y Neonatales (par): solicitamos la reconsideración de este punto, considerando que las paletas reusables no se encuentran en tamaño neonatal, debido a que los pacientes neonatales no se desfibrilan, algunos fabricantes cuentan con paletas descartables tamaño pediátrico/infantil	04-08-2022	18:15:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	16-08-2022	08:32:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Rango de medición de -40 a 3600 mmHg, entendemos que se ha deslizado un error y debería ser Rango de medición de -40 a 360 mmHg	04-08-2022	18:16:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	16-08-2022	08:33:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2 Incubadora cerrada de cuidados intensivos solicitan certificado de calidad CE, FDA, ISO y / o TUV Al menos dos de ellas como mínimo. Solicitamos que además de las certificaciones FDA, CE y TUV se permita además la habilitación del Ministerio de Salud del país de origen a través de una Institución Técnica de países miembros del MERCOSUR tales como la ANMAT y solicitamos también que se requiera al menos solo una de ellas. Justificamos este pedido en base al principio de igualdad para poder participar en las ofertas teniendo como sustento el Art. 4° de la Ley N° 4659/12 reza que: Se consideraran que los dispositivos médicos son de uso seguro en la República del Paraguay cuando reúnan las siguientes condiciones: Obtener el Registro Sanitario obligatorio, otorgado por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria complementado por lo reglamentado en el Art. 4° de la Resolución S.G. N° 669/2016 que regula cuanto sigue: Disponer que para la obtención de Registro Sanitario de Dispositivos Médicos el interesado deberá presentar b) Documentación acreditando fehacientemente el cumplimiento de las normas de calidad en los procesos de producción BPF/GMP otorgada por la Autoridad Sanitaria de origen o Certificado ISO/CE/UL/FDA/TUVF otorgado por la entidad certificadora de origen; por lo cual las Certificaciones emitidas en el seno MERCOSUR (ANMAT-ANVISA) son equivalentes a las emitidas por la FDA y la CE y esa equivalencia implica efectivamente que los procesos de producción cumplen con estándares de calidad. Las certificaciones FDA/CE/MERCOSUR demuestran el cumplimiento de altos estándares de calidad en los procesos de producción, sin reconocer ni desconocer ventaja adicional, ya que su fin es el testimonio efectivo y fehaciente que los patrones modelos y esquemas de la calidad son desarrollados por quienes están certificados con dicha documentación. No caben dudas entonces que la Dirección de Vigilancia Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como autoridad competente en la materia objeto de estudio, ha sentado postura sobre la equivalencia entre los certificados emitidos por la FDA o CE y las provenientes de países miembros del MERCOSUR, así como también ha hecho hincapié en la validez de dichas documentaciones para acreditar la calidad de los procesos de producción de los bienes certificados. Por lo tanto a nuestro parecer las certificaciones emitidas por las instituciones del MERCOSUR, otorgan idénticos niveles de garantía que las solicitadas inicialmente en el PBC.	04-08-2022	18:17:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	16-08-2022	08:33:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 1 EQUIPO DE SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA Solicitan control manual de la potencia del calefactor de 0 100% solicitamos que se pueda cotizar potencia del calefactor de 4 pasos	04-08-2022	18:18:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	16-08-2022	08:33:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 1 En el ítem 1 EQUIPO DE SERVOCUNA CON LUMINOTERAPIA Solicitan Resucitador manual neonatal reusable con mascarilla, bolsa reservorio y extensión para oxígeno. Solicitamos a la convocante poder cotizar resucitador descartable	04-08-2022	18:19:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	16-08-2022	08:33:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7 Carro de paro solicitan Cubierta superior en acilico transparente para aislamiento de equipos, creemos que es un error de tipeo y tendría que ser acrilico, podrían confirmar las eett	04-08-2022	18:23:31
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	16-08-2022	08:34:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 7 Carro de paro solicitan Ruedas plásticas de cinco pulgadas p ,as cpm bloque individual libres de mantenimiento, solicitamos aclarar las eett ya que se tuvo un error de tipeo p ,as cpm	04-08-2022	18:23:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	16-08-2022	08:34:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado de Plan de entrega de los bienes solicitan 45 días corridos posterior a la fecha de recepción de la orden de compra por parte del proveedor, solicitamos a la convocante un tiempo prudente de 90 días para las importaciones que en este momento hay escases de contenedores para que se pueda importar los equipamientos.	04-08-2022	18:24:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se puede modificar el plazo de entrega, ya que se necesitan con urgencia. Ajustarse a la primera versión del PBC.-	16-08-2022	08:34:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Palas externas para Pacientes pediátricos y neonatales, solicitamos permita ofertar palas internas para uso en pacientes neonatales	04-08-2022	18:25:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	16-08-2022	08:36:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 03 bombas de infusión a jeringa solicitan Adaptable a jeringas de 5-10- 20 -50 y/0 60cc, de cualquier marca, solicitamos a la convocante poder cotizar jeringas desde 3 cc a 60 cc	04-08-2022	18:25:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	16-08-2022	08:36:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. (**) Favor excluir el requisito teniendo en cuenta la Ley N° 6919/22 Que modifica varios artículos de la Ley N° 5033/2013 'Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos' y deroga la Ley N° 6355/2019.	05-08-2022	07:58:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del PBC.-	16-08-2022	08:36:52

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80011068-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508019517	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.	23-08-2022	23-08-2022	25-01-2023
Oferente: Medical Supply Sociedad Anonima - RUC: 80092809-1					
Oferente: Medical Supply Sociedad Anonima - RUC: 80092809-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508005800	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	24-08-2022	24-08-2022	20-02-2023

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508006584	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA	24-08-2022	24-08-2022	19-02-2023
Oferente: VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - RUC: 80001446-4					
Oferente: VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - RUC: 80001446-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
1508019524	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.	24-08-2022	24-08-2022	20-02-2023
Oferente: EUROQUIMICA S.A. - RUC: 80061211-6					
Oferente: EUROQUIMICA S.A. - RUC: 80061211-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5
1508002731	Póliza	ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	24-08-2022	25-08-2022	11-02-2023
Oferente: CHACO INTERNACIONAL SA - RUC: 80026564-5					
Oferente: CHACO INTERNACIONAL SA - RUC: 80026564-5			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6
1508012446	Póliza	Aseguradora del Este S.A.	24-08-2022	25-08-2022	03-03-2023
Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1					
Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7
1508054461	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A	24-08-2022	25-08-2022	01-02-2023
Oferente: CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0					
Oferente: CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 8
1508001965	Póliza	Regional Seguros	24-08-2022	24-08-2022	20-02-2023
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1					
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 9
1508007833	Póliza	PATRIA S.A DE SEGUROS Y RE ASEGUROS	24-08-2022	24-08-2022	10-02-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42191802-003	Servocuna				6	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	FANEM	FANEM LTDA	AMPLA 2085	BRASIL		118.000.000	708.000.000

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L	SM 401/MEDILED	ARGENTINA	SERVOCUNA	221.000.000	1.326.000.000
-----------------------------------	-------	-----------------------------	----------------	-----------	-----------	-------------	---------------

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42271714-001	Incubadoras de Terapia Intensiva					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	FANEM	FANEM LTDA	1186	BRASIL		136.000.000	680.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MEDIX	MEDIX MEDICAL DEVICES S.R.L	NATALCARE LX/MEDILED	ARGENTINA	Incubadoras de Terapia Intensiva	221.000.000	1.105.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42222002-001	Bomba de infusión a jeringa					40
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	Progetti	Progetti SRL	PG - 907s	Italia	Bomba de infusión a jeringa	16.200.000	648.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B.BRAUN - PERFUSOR SPACE	B.BRAUN MELSUNGEN AG	PERFUSOR SPACE	ALEMANIA	BOMBA DE INFUSION A JERINGA	22.000.000	880.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	Hawkmed	Shenzhen Hawk Medical Instrument Co. Ltda.	N/A	China		15.497.688	619.907.520
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	MEDCAPTAIN	MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO.LTD	N/A	CHINA	Bomba de infusión a jeringa	15.497.688	619.907.520
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO CORPORATIO	TE*SS800N05	JAPON/ ARGENTINA/ CHILE	Bomba de infusión a jeringa	25.000.000	1.000.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	42272001-003	Laringoscopia neonatal					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	ASP	AKHYAR SURGICAL PROFESIONAL	NEONATAL	PAKISTAN		5.200.000	10.400.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	42172101-003	Cardiodesfibrilador					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	NIHON KOHDEN	NIHON KOHDEN CORPORATIO	TEC-5631	JAPON		69.000.000	138.000.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	Progetti	Progetti SRL	Rescue Life	Italia	Cardiodesfibrilador	92.000.000	184.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	MEDIANA	MEDIANA CO.,LTD	D700	COREA	CARDIODESFIBRILADOR	58.000.000	116.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	Philips	Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc.	Efficia DFM100	ALEMANIA	Cardiodesfibrilador	101.524.700	203.049.400

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	42181904-002	Monitor multiparametrico					8
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	BISTOS	BISTOS Co. Ltd.	BT-780	COREA		30.000.000	240.000.000

CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	Biolight	Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd	P15	China	Monitor multiparametrico	61.200.000	489.600.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	Philips	Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc.	Efficia CM150	ALEMANIA	Monitor multiparámetro	88.202.100	705.616.800

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	42172101-004	Carro de paro					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	JIANGSU SAIKANG	JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	SKR051-ET	CHINA		9.500.000	19.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	MUBI	INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOTACIONES METALICAS S.A.S	CARRO DE PARO SENCILLO	COLOMBIA	Carro de paro	30.000.000	60.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
8	42271907-001	Aspirador de secreciones					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Servocuna							
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado			
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	362.000.000	25-08-2022	08:30:36.356	Periodo Aleatorio			
				Código Verificador: 5bfe2ff17f589b6df6ae6764458a3a09			
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	363.900.000	25-08-2022	08:30:26.919	Periodo Aleatorio			
				Código Verificador: 723feee3cd1edaf629d867453ef8e1d0			
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	364.000.000	25-08-2022	08:30:27.501	Periodo Aleatorio			
				Código Verificador: f335896702b38e6543007c53aa4d3bb9			
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	365.900.000	25-08-2022	08:30:18.228	Periodo Aleatorio			
				Código Verificador: e6ee172a496448b7526c63b898c23b5d			
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	368.000.000	25-08-2022	08:30:13.501	Periodo Aleatorio			
				Código Verificador: eb158a86621bb46a00f880d285e4d724			
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	369.900.000	25-08-2022	08:30:05.641	Periodo Aleatorio			
				Código Verificador: 97fa5d6ca911daa0bd8f7df7178a0616			
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	374.000.000	25-08-2022	08:30:00.539	Periodo Aleatorio			
				Código Verificador: 29f7daec3fcaa38107f47262eb70eafc			
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	375.900.000	25-08-2022	08:29:53.343	Periodo Aleatorio			
				Código Verificador: 8fc7b91cdbecc4b64f582b7d449e0a3a			
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	379.900.000	25-08-2022	08:29:48.371	Periodo Aleatorio			
				Código Verificador: 0e415da770266669d4e7b5e7cbadf19a			
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	380.000.000	25-08-2022	08:29:41.354	Periodo Aleatorio			
				Código Verificador: 027ce438a10876747c1f8e5ac4699abd			
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	389.900.000	25-08-2022	08:29:34.296	Periodo Aleatorio			
				Código Verificador: 8998fb250065ce94b4406758b163b994			
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	395.000.000	25-08-2022	08:29:31.404	Periodo Aleatorio			

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	04af161a505425aa361f301e31a7ef6e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	399.900.000	25-08-2022	08:29:20.053	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9673f7808d5cf5587c3cdac196867942	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	400.000.000	25-08-2022	08:29:08.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f9f14785fcc03a20c129c02c37a73a7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	425.900.000	25-08-2022	08:29:11.947	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16ab52ce1dbafd671ffaca721e09a638	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	430.900.000	25-08-2022	08:28:43.455	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd7e5a743eb3ed39e5fc1792cca8a52e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	449.900.000	25-08-2022	08:28:36.007	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81e067fb099ba0ca5dbfe886a2ce0fd4	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	450.000.000	25-08-2022	08:28:21.789	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08887ef05d6e6b745837028686a0cc6b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	479.900.000	25-08-2022	08:28:27.521	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4d3c68e51d4e650f5608c0e66b73e49	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	483.900.000	25-08-2022	08:28:09.033	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	832608ca5b012e7583701e5e37b3cbfe	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	485.000.000	25-08-2022	08:28:14.757	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f25910ecf4b0d6db65cfc05543e8028a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	489.900.000	25-08-2022	08:27:59.261	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95989968286ee9c78167b121210cd6a3	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	590.000.000	25-08-2022	08:27:45.797	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4145b5abb3eb126fb577fdb87e422b0e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	615.900.000	25-08-2022	08:27:44.989	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9569ee91e2cd262184ce38cd5adfedd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	619.900.000	25-08-2022	08:27:39.376	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36dfec8c240cf8c057c0233f72cc06d7	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	620.000.000	25-08-2022	08:27:32.537	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04ddd5480cbc62c83de1e16572a710eb	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	628.900.000	25-08-2022	08:27:32.509	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e37e92873f54e91d39a5caecf05c3a0b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	630.900.000	25-08-2022	08:27:25.540	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c52113ba4b0ec4a2e8ebe31e38afe6e	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	634.000.000	25-08-2022	08:27:25.625	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	603afde2561269a8613dcf0641a70cd7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	635.900.000	25-08-2022	08:27:17.995	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95ccc70ca3ab14c3f26567d312cebce1	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	638.000.000	25-08-2022	08:27:16.056	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a56f8e9f4db01a28013293282e06530e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	639.900.000	25-08-2022	08:27:10.007	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b5698f2d8db7bfb57a0d8a75daf9d2c	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	642.000.000	25-08-2022	08:27:03.058	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c0bcf0136d94c7b7f657736c073d9b7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	643.900.000	25-08-2022	08:26:59.750	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd11445cb391cc88bb13e1172a136b73	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	645.000.000	25-08-2022	08:26:56.390	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08dc0c704ca9cf79555dee20abef2c75	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	648.900.000	25-08-2022	08:26:51.559	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05b716c98d9ba27e8e837a773ddb963a	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	650.000.000	25-08-2022	08:26:39.688	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6f8368105bf77c408b79166ff1ac04a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	656.900.000	25-08-2022	08:26:43.799	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5defeb10a364bce6d576abfdbal152b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	658.900.000	25-08-2022	08:26:27.997	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a6869f72ce003620b461d05edca67f3	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	660.000.000	25-08-2022	08:26:28.877	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed1794c7bc74cd03459ea85efa846bc0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	661.900.000	25-08-2022	08:26:21.715	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	934a945327814c0d2a0dd7f7c3183e4f	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	664.000.000	25-08-2022	08:26:21.979	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3359ccd01dc6d763396c5fac9a6def0e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	665.900.000	25-08-2022	08:26:16.983	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e60a3eafe79de82dac7228c193fb8a76	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	667.000.000	25-08-2022	08:26:13.045	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f95178fbd8ca34fefa01ad629793a92	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	668.900.000	25-08-2022	08:26:09.601	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26b1188773e57a01874bb33868397280	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	670.000.000	25-08-2022	08:26:00.953	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbd038f7e0872102728916cfd76ce082	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	671.900.000	25-08-2022	08:26:03.510	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e2fb5370b232a51e7aa832d6ca1f046	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	673.900.000	25-08-2022	08:25:52.962	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef9aa1e7f2d8b13e0a16770ff0c0a82b	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	678.000.000	25-08-2022	08:25:54.039	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34b5c0d6e40e4d82ef95f614383c59ee	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	679.900.000	25-08-2022	08:25:41.111	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	560c28d42943efbcd6b0b433c8031b70	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	680.000.000	25-08-2022	08:25:32.462	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9e119226eed1f989ae1f507cdad2e4	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	684.900.000	25-08-2022	08:25:29.047	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab01a0a96e492ddb57deb41ca14f22e	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	685.000.000	25-08-2022	08:25:23.113	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf80f733a9c9e4c05636d62f40a27238	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	686.900.000	25-08-2022	08:25:11.611	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91edae4882903436996715bf4b194983	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	687.000.000	25-08-2022	08:24:58.720	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57a9408dfb4bcc82127cec46161acecb	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	690.000.000	25-08-2022	08:24:22.667	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f02a52748a8a8eece8fade9ef59705d7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	693.000.000	25-08-2022	08:24:11.486	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0dac39d5643e3651ca00e1e36d0232e1	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	695.000.000	25-08-2022	08:24:05.221	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e15dd76b41029af9894f974211855ccf	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	696.000.000	25-08-2022	08:23:55.126	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bff61d0f35e7ef94dd176f71fe6b4a58	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	697.000.000	25-08-2022	08:23:41.560	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4db9822ef76a30e229951cf4864d585	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	698.000.000	25-08-2022	08:23:34.088	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b6d0958c84a6755e60d6587dacbb7c4	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	700.000.000	25-08-2022	08:23:15.213	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb615af0b51667922f29ac590c9e2781	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	706.000.000	25-08-2022	08:23:17.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c83d43f9262707d3c6939984f5a061b9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	707.000.000	25-08-2022	08:14:31.214	Recepción de Lances
		Código Verificador:	7cd35ac6b06c4963902199cd70f9b5af	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	708.000.000	25-08-2022	08:01:27.365	Propuesta
		Código Verificador:	c67731df1d9927ffa80bece5d589de7f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.326.000.000	25-08-2022	08:01:27.367	Propuesta
		Código Verificador:	a75a57347cb20717fa759bf79846f75f	

2 - Incubadoras de Terapia Intensiva

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	505.000.000	25-08-2022	08:45:35.062	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65a31c0d2a9ede5bc9205a065781ea62	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	508.900.000	25-08-2022	08:45:26.555	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69032b6746ea48102707b553684cf2ae	

Listado General de todas las Ofertas

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	510.000.000	25-08-2022	08:45:16.155	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	479ebb053c6f815d7f3dec33dea03496	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	528.900.000	25-08-2022	08:45:11.819	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c95a020feb7ada793d5879179b975f1	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	530.000.000	25-08-2022	08:45:04.681	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ad02c7742cafecc41fa3bb946d8cec2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	536.900.000	25-08-2022	08:45:02.485	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4d823ab4e08629ae092e2576c019047	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	538.000.000	25-08-2022	08:44:57.289	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a77beb458bb9b64ac9572f762f1167	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	539.900.000	25-08-2022	08:44:53.043	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cba66f0c8462410fb52d8993e659ccd9	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	542.000.000	25-08-2022	08:44:52.148	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ba78e48aa444278f4962093923ccc38	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	543.900.000	25-08-2022	08:44:43.857	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b99454b3d5e3e8a4931efb9c08a8efba	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	545.000.000	25-08-2022	08:44:46.057	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f9dfe05e5570668bc5360b8eac26984	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	549.900.000	25-08-2022	08:44:34.552	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	357481b84e620b14024d71eb49d359a1	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	550.000.000	25-08-2022	08:44:34.563	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2d474618c93042f45761145d961b87b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	553.900.000	25-08-2022	08:44:26.293	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9531ee03a7659ff0b42c441b69f42fe5	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	555.000.000	25-08-2022	08:44:14.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b1199ff50d80b878d157fa81afe0f8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	557.900.000	25-08-2022	08:44:16.634	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae81fabcdc82a2bfff8564f1efaf118	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	559.900.000	25-08-2022	08:44:10.201	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0672cfa5bf30e4619c2ca8149b990136	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	560.000.000	25-08-2022	08:44:05.391	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5dce207f8a7b2a175bd8d1fb5614cce	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	563.900.000	25-08-2022	08:44:00.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0716d420d7a8926e05e924d22ae81a73	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	565.000.000	25-08-2022	08:43:55.587	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3ae3d8fed8a5cfa0718353eafb11e1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	568.900.000	25-08-2022	08:43:45.573	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	459d5cf216e9621e2c245d092d6bf927	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	575.000.000	25-08-2022	08:43:33.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1caf373c680b15ade1e69df4e900901f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	578.900.000	25-08-2022	08:43:28.983	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9641482755d9e18c14209b985b586ead	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	582.000.000	25-08-2022	08:42:14.073	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3f6448f3362a67cdfc189c0ff645800	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	583.900.000	25-08-2022	08:42:04.772	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63c3319fef252fb43137223fd4a41693	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	584.000.000	25-08-2022	08:42:03.987	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	715d9f5a0cfb8dca668c5c53cb044a57	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	585.900.000	25-08-2022	08:41:57.924	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	166a7ed6600c642a94df5b1076a30e33	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	587.000.000	25-08-2022	08:41:49.343	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0b79c8248f36c5d80adbb6e849aa658	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	589.000.000	25-08-2022	08:41:18.439	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8d7aa140d9f2788678e5fde855d22d90	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	590.000.000	25-08-2022	08:40:59.164	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc8e96ab7ac1c87fa0405f6118018384	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	679.000.000	25-08-2022	08:32:48.469	Recepción de Lances
		Código Verificador:	319fd1c8f2090f63f088a4f76310fd78	

Listado General de todas las Ofertas

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	680.000.000	25-08-2022	08:01:27.450	Propuesta
		Código Verificador:	17f6ea95e6bdacc8d2caaa1f918bc836	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.105.000.000	25-08-2022	08:01:27.451	Propuesta
		Código Verificador:	a576e42b4f2bc203aa3bbe4d3703d403	

3 - Bomba de infusion a jeringa

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	520.000.000	25-08-2022	08:56:54.248	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edd8ff3e59469f1ee3f77d3d78c15206	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	521.000.000	25-08-2022	08:56:51.292	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92726e84f89a5c20a45e9672b7e6d592	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	524.000.000	25-08-2022	08:56:47.658	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85e277cf95fe9807a4de38b7b1b483de	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	525.000.000	25-08-2022	08:56:44.084	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24fd734d925d41f3a6e1bfdc9aa7e76c	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	527.000.000	25-08-2022	08:56:40.689	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72fa2bec9bca8b3597a9dc496f6abe5f	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	528.000.000	25-08-2022	08:56:35.924	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69d471a6fd2fc257c900eb48273d8af5	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	531.000.000	25-08-2022	08:56:31.705	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1bd24f4304d772d9c420f6838d0f7794	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	532.000.000	25-08-2022	08:56:26.798	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	874dcf9d3960d16f15680a5e429fc80a	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	533.000.000	25-08-2022	08:56:27.250	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	891a0f6fa3d4bf980cc42d223d605cab	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	535.000.000	25-08-2022	08:56:23.436	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca09ac826ccd3e1d8fac28b81a630181	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	536.000.000	25-08-2022	08:56:17.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b83eeecdeec3252c26dbce9e3849013	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	539.000.000	25-08-2022	08:56:15.288	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	babdc7c8bb4c11a8c08cfc7d7e0d2203	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	540.000.000	25-08-2022	08:56:08.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab027f4deb34b882867baa3729766134	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	541.000.000	25-08-2022	08:56:11.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26c41a115c24b8e0b8ff1d78b0c68c45	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	542.000.000	25-08-2022	08:56:03.184	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1bced5a3dbcf0911217619686e511e	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	544.000.000	25-08-2022	08:56:08.785	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0df3bb98604f37e84f6cd131215fa2bc	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	545.000.000	25-08-2022	08:56:02.684	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93b9ad3af6b653ab841e76696f8af9fa	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	546.000.000	25-08-2022	08:56:05.179	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cceedb266a80a985f71bffc8763714561	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	546.000.000	25-08-2022	08:56:07.333	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae6fb37f1cfc5f48ccf399c51c932db3	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	548.000.000	25-08-2022	08:55:57.820	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	128d492e93ffb912bb6ea33a687d8e05	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	548.000.000	25-08-2022	08:55:57.843	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd96ce3f921af045472910c1c062f4b0	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	549.000.000	25-08-2022	08:55:54.523	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4e3b9236b8d3108fedc83b45e52bc11	

Listado General de todas las Ofertas

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	550.000.000	25-08-2022	08:55:49.141	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b39967ab0d418b46741c5dfa15e9421e	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	550.000.000	25-08-2022	08:55:50.259	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe998ba05f8318adc0ed8046e3b25e68	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	552.000.000	25-08-2022	08:55:44.600	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90c66424f6e5bdebf6d765268fe95de	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	552.000.000	25-08-2022	08:55:50.596	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4806db8cdd196664cc37341d29c4b0f8	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	553.000.000	25-08-2022	08:55:44.813	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9189179897d7d0a611caa197699777b1	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	554.000.000	25-08-2022	08:55:42.743	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e91e3dd2c75bab444d8189abcf2222d4	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	555.000.000	25-08-2022	08:55:36.122	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31a68c84bcd3c0c8532b56f9015d690	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	555.000.000	25-08-2022	08:55:38.797	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4b3baff76b5a1f755aa878123a6644	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	557.000.000	25-08-2022	08:55:31.226	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5afe304e982d3be11d1b11f919c44b1e	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	558.000.000	25-08-2022	08:55:29.150	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05533b1dc78215fb4c71ec8d51cb7682	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	558.000.000	25-08-2022	08:55:36.328	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a93d4dd880ab02cd0a3926863cf238fb	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	560.000.000	25-08-2022	08:55:22.386	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b1a15282e9eeb1ae7d4b42a4959e930	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	560.000.000	25-08-2022	08:55:22.684	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c9591256343b94cf7cc46a8de69a86f	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	560.000.000	25-08-2022	08:55:23.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ee2ccb454aa2a55ad2001d655450ab2	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	560.000.000	25-08-2022	08:55:27.186	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30face552702a7c8fc399ac758521882	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	562.000.000	25-08-2022	08:55:18.231	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07bea383f96e97943ae4dd3a669c3b27	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	565.000.000	25-08-2022	08:55:18.898	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec43cc2a981d6469bbbb19e633fdc000	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	567.000.000	25-08-2022	08:55:12.944	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e30eb5abb4becc85e95c6e7709f5f31	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	568.000.000	25-08-2022	08:55:10.351	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03c5615bc279defa5611e3aae7b3c730	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	568.000.000	25-08-2022	08:55:12.499	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e9836a4613e1200f3739d34f0561afe	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	569.000.000	25-08-2022	08:55:08.430	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0580c03c045388ace30a479d48f50af2	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	570.000.000	25-08-2022	08:55:03.024	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e743b0b1f60ac575015ba8307dbd91ca	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	573.000.000	25-08-2022	08:55:00.670	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06e369159be819dca00c55fb1daba3fd	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	574.000.000	25-08-2022	08:55:03.386	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ffb299a55912d3dc66c2f7f5792d0a1	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	575.000.000	25-08-2022	08:54:53.512	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	5a1339886ec748fd945a5abdb61c53fe	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	578.000.000	25-08-2022	08:54:54.632	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1824b2842a2fbd2de117e845935ce508	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	579.000.000	25-08-2022	08:54:48.162	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8bb76cc98c004bb6180bc766fb45bd56	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	580.000.000	25-08-2022	08:54:41.322	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb2dd84ab362e1fc8becc3d9702b344f	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	582.000.000	25-08-2022	08:54:41.205	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b416fc20c5b95a7989da4c7f03f23f7	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	584.000.000	25-08-2022	08:54:32.250	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6aff264d478a6a87fae46c2b206d65a0	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	585.000.000	25-08-2022	08:54:34.268	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4a96eac5d6f8c23426e66b96537cc3b	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	586.000.000	25-08-2022	08:54:24.971	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3aeb4328c90a11d8420d0a3be754769	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	587.000.000	25-08-2022	08:54:27.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	358a9c75762382284b35f06d4bd48525	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	587.000.000	25-08-2022	08:54:27.403	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e084318eeaba6653393aabdc58ac9981	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	588.000.000	25-08-2022	08:54:20.022	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	053713627554d473e0611def18fe46a7	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	589.000.000	25-08-2022	08:54:21.698	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef1b4e493be3f0dc4bdebd9497428fbb	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	590.000.000	25-08-2022	08:54:12.670	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0745c029c9183f0997913afddb9c0e2	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	590.000.000	25-08-2022	08:54:13.113	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ecf2498c96ffa8564175203fce398aa8	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	592.000.000	25-08-2022	08:54:12.541	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	840406f27df8ecd97880a74ef0a80cd2	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	593.000.000	25-08-2022	08:54:04.140	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	794d5b1cbb8ca76b7c79673e64b02d14	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	594.000.000	25-08-2022	08:54:06.436	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ffe449e42bd6840a0178b05b71ad49d	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	595.000.000	25-08-2022	08:53:53.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74f2ec99df3019f074a043312625a338	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	595.000.000	25-08-2022	08:54:03.981	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96ae3356d20b64602ddfa74189e1023b	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	598.000.000	25-08-2022	08:53:53.405	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0333f2f86a60befecba9231a00dd817d	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	599.000.000	25-08-2022	08:53:48.055	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31d40e41a5bb2a0c385b402ddc1c343a	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	600.000.000	25-08-2022	08:53:40.734	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b056a4a56b7091d91cdcf7a2a878477	
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	614.000.000	25-08-2022	08:53:43.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b1ea7e44f2cc344f8f7d342e5bb77f1	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	615.000.000	25-08-2022	08:53:36.391	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ecb23fd41ee21f3a56c46a90f0d723	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	618.500.000	25-08-2022	08:53:19.492	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b4e6787e2d2faa92687ad8861133f9c	

Listado General de todas las Ofertas

VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	619.907.520	25-08-2022	08:01:27.575	Propuesta
		Código Verificador:	de553f8f23f0848c3e30073be4ce7270	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	619.907.520	25-08-2022	08:01:27.577	Propuesta
		Código Verificador:	4fec103c284734be57fec392f6d56ffe	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	648.000.000	25-08-2022	08:01:27.578	Propuesta
		Código Verificador:	8b675b3fd487a543e9dc8f2306d0189f	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	880.000.000	25-08-2022	08:01:27.576	Propuesta
		Código Verificador:	c5fa2b7618279c5dc797aa24a4e00eb8	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	1.000.000.000	25-08-2022	08:01:27.576	Propuesta
		Código Verificador:	2f44e1952a821dda98fda4f38c050637	

4 - Laringoscopia neonatal

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	10.400.000	25-08-2022	08:01:27.590	Propuesta
		Código Verificador:	663dbb3ff974167635109f3c3ea3d570	

5 - Cardiodesfibrilador

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	94.000.000	25-08-2022	09:34:21.569	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1690b59f51b350be4427347a383c2514	
IMESE S.A. - 80016426-1	94.500.000	25-08-2022	09:34:29.159	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc06aff1960ca641c817fc390bba6257	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	94.900.000	25-08-2022	09:34:11.277	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8bd1c3af90fa90bd9b41e01f578afee3	
IMESE S.A. - 80016426-1	96.800.000	25-08-2022	09:34:05.997	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b8be188b66dde6bf6104a3b77eba37b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	96.900.000	25-08-2022	09:33:55.072	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa22f7fa0a6f8d492810e42895cfd9bc	
IMESE S.A. - 80016426-1	97.800.000	25-08-2022	09:33:54.366	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce72e43807a7fcb50bf18d76f86d82e0	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	98.000.000	25-08-2022	09:33:43.427	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ce8eb207e15d35378f3858d6fccfa41	
IMESE S.A. - 80016426-1	98.800.000	25-08-2022	09:33:40.761	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b59aee52f367e61bd68162a962167a8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	98.900.000	25-08-2022	09:33:16.652	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21ebb0f074f939c830ffff2e4386c084	
IMESE S.A. - 80016426-1	107.800.000	25-08-2022	09:33:21.765	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6552c11ecdc91be0cb1a1ef4aa1d00b1	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	108.000.000	25-08-2022	09:33:07.479	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b91f7811998a7dd017f3d098a86d4c06	
IMESE S.A. - 80016426-1	109.000.000	25-08-2022	09:32:31.423	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f040484a669e51bc6424be8f92616a72	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	110.000.000	25-08-2022	09:32:02.655	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52fd395dd4015b5417cbe0433d8925b7	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	115.000.000	25-08-2022	09:32:33.009	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	002406dfadc74c3a4553cfb06d9b7e1f	
IMESE S.A. - 80016426-1	116.000.000	25-08-2022	08:01:27.667	Propuesta
		Código Verificador:	1ca35d3248f586cb058e4c00a669407c	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	130.000.000	25-08-2022	09:20:03.358	Recepción de Lances
		Código Verificador:	99b60097fa19bdf515c41323fa03d849	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	138.000.000	25-08-2022	08:01:27.665	Propuesta
		Código Verificador:	00a3146857b515700be8dd902a74960d	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	184.000.000	25-08-2022	08:01:27.666	Propuesta
		Código Verificador:	736264d495011b284e11783903c85d58	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	203.049.400	25-08-2022	08:01:27.666	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	b3c8fd28b07cfb3cf2607f3beee65795
---------------------	----------------------------------

6 - Monitor multiparametrico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	232.900.000	25-08-2022	09:53:28.886	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e22ddfc0a4249c413c7aca094290baba	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	233.000.000	25-08-2022	09:53:13.809	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	500b305574b21ef46cac5795d7e3e68a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	235.900.000	25-08-2022	09:53:08.380	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b987a8285f3d8bfa8846a1e6ecd30a79	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	236.000.000	25-08-2022	09:52:55.674	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6cfbc34fd213a212cab1da8ed7fcd6b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	239.900.000	25-08-2022	09:52:42.229	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33fd2131d1f7a4e4158776d7a4a496e4	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	240.000.000	25-08-2022	08:01:27.731	Propuesta
		Código Verificador:	dc9a1e5a8d5aff995c4a8435904bf2fd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	429.000.000	25-08-2022	09:51:42.694	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92356d00fbb8432c6cd27f1049c7502e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	433.000.000	25-08-2022	09:51:06.048	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5995913ba2f8df60dc853013e5428f80	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	434.780.472	25-08-2022	09:43:37.809	Recepción de Lances
		Código Verificador:	1e34fc0fad922cb1dcdb592c815a35dd	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	489.600.000	25-08-2022	08:01:27.733	Propuesta
		Código Verificador:	e7976767e5c1e3775622a35b195887d5	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	705.616.800	25-08-2022	08:01:27.731	Propuesta
		Código Verificador:	9c5f0ab1f20d457de0ccce05a0b9f78a	

7 - Carro de paro

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	19.000.000	25-08-2022	08:01:27.766	Propuesta
		Código Verificador:	2a2980c5efal1affcbcd4ec3ab759599	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	35.200.000	25-08-2022	10:11:51.578	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6a5835fd77ce126c89ae33990e108a2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	60.000.000	25-08-2022	08:01:27.767	Propuesta
		Código Verificador:	fd3775077fb088ac5489fce51d582965	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
1 - Servocuna

Oferente	Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	362.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	363.900.000

2 - Incubadoras de Terapia Intensiva

Oferente	Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	505.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	508.900.000

3 - Bomba de infusion a jeringa

Oferente	Mejor Precio
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	520.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	521.000.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	533.000.000
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	544.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	555.000.000

4 - Laringoscopia neonatal

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	10.400.000

5 - Cardiodesfibrilador

Oferente	Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	94.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	94.500.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	94.900.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	115.000.000

6 - Monitor multiparametrico

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	232.900.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	233.000.000
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	434.780.472

7 - Carro de paro

Oferente	Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	19.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	35.200.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80011068-4 - LCM SOCIEDAD ANÓNIMA

Item	Precio Ganador
1 - Servocuna	362.000.000
2 - Incubadoras de Terapia Intensiva	505.000.000
4 - Laringoscopio neonatal	10.400.000
5 - Cardiodesfibrilador	94.000.000
7 - Carro de paro	19.000.000

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
6 - Monitor multiparametrico	232.900.000

Proveedor: 80061211-6 - EUROQUIMICA S.A.

Item	Precio Ganador
3 - Bomba de infusion a jeringa	520.000.000

Listado de Mensajes

1 - Servocuna

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-08-2022	08:10:55.685
Buenos días, comenzamos la Subasta.	25-08-2022	08:11:02.704
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	25-08-2022	08:14:47.333
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-08-2022	08:15:15.952
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-08-2022	08:16:41.312
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-08-2022	08:22:41.537
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-08-2022	08:30:41.572
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-08-2022	08:30:41.609

2 - Incubadoras de Terapia Intensiva

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-08-2022	08:31:04.353

Listado de Mensajes

Continuamos con la Subasta.	25-08-2022	08:31:10.997
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	25-08-2022	08:31:16.700
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	25-08-2022	08:31:19.792
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-08-2022	08:33:42.413
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-08-2022	08:33:44.324
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-08-2022	08:39:44.379
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-08-2022	08:45:42.525
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-08-2022	08:45:43.584

3 - Bomba de infusion a jeringa

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-08-2022	08:45:51.295
Continuamos con la Subasta.	25-08-2022	08:46:11.725
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	25-08-2022	08:46:17.189
Señores esperamos mejores ofertas.	25-08-2022	08:46:24.954
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	25-08-2022	08:46:29.491
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-08-2022	08:47:02.499
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-08-2022	08:47:05.044
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-08-2022	08:53:05.261
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-08-2022	08:56:56.475
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-08-2022	08:56:56.689

4 - Laringoscopia neonatal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-08-2022	08:58:05.458
Continuamos con la Subasta.	25-08-2022	08:58:53.245
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	25-08-2022	08:58:56.753
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-08-2022	09:01:42.387
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-08-2022	09:01:44.385
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-08-2022	09:07:44.402
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-08-2022	09:16:25.418
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-08-2022	09:16:25.450

5 - Cardiodesfibrilador

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-08-2022	09:19:04.559
Continuamos con la Subasta.	25-08-2022	09:19:08.736
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	25-08-2022	09:23:13.908
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	25-08-2022	09:23:19.090
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-08-2022	09:24:21.021
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-08-2022	09:24:23.632
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-08-2022	09:30:23.809
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-08-2022	09:34:33.881
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-08-2022	09:34:33.922

6 - Monitor multiparametrico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-08-2022	09:36:05.141
Continuamos con la Subasta.	25-08-2022	09:37:37.357
Señores esperamos mejores ofertas.	25-08-2022	09:41:16.967
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	25-08-2022	09:41:20.720
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	25-08-2022	09:41:23.816
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-08-2022	09:42:40.230
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-08-2022	09:43:38.569
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-08-2022	09:49:38.606
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-08-2022	09:53:34.651
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-08-2022	09:53:34.692

7 - Carro de paro

Listado de Mensajes

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-08-2022	09:55:06.201
Continuamos con la Subasta.	25-08-2022	09:55:10.261
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	25-08-2022	09:55:15.985
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-08-2022	10:04:43.670
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-08-2022	10:04:47.145
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-08-2022	10:10:47.206
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-08-2022	10:15:50.426
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-08-2022	10:15:50.464

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.