

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 417455

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:00 del día 7/10/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 417455 - Adquisición de Equipos Médicos - Cooperación Gobierno de Taiwan de la Institución:

Código Verificador: ac3cd6fd98f18d277725cbad3a4c318e

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Sub-UOC:	Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu - Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1485

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Deberá demostrar la capacidad de haber proveído en forma satisfactoria EQUIPOS MÉDICOS y/o EQUIPAMIENTO MEDICO (El oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión del bien que cotiza en esta contratación)" solicitamos a la convocante admitir para el ítem 2, la experiencia en ventas de equipos de laboratorio, y así poder permitir la mayor participación de oferentes	23-08-2022	10:45:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	31-08-2022	13:19:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones para el Ítem 3 solicitan Ventilación controlada por presión con frecuencia respiratoria mínima garantizada (PC-PSV) o SIMV(PC)+PS. El modo ventilatorio solicitado SIMV(PC)+PS no tiene relación con el modo PC-PSV que pide originalmente el punto. El modo ventilatorio SIMV(PC)+PS ya es solicitado en un punto anterior donde dice: Ventilación intermitente asistida controlada por presión (PC-SIMV), por lo que como esta detallado este punto se puede presentar un equipo con una prestación menor a lo solicitado. Solicitamos a la convocante modificar este punto a Ventilación controlada por presión con frecuencia respiratoria mínima garantizada (PC-PSV) de manera a asegurarse que los equipos presentados cumplan con este tipo de modo ventilatorio.	25-08-2022	16:14:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ambos modos permiten que el paciente respire de forma espontanea con una presión soporte y son controlados por presión.	31-08-2022	13:21:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones para el Ítem 3 solicitan Duración de PEEP intermitente de 1 a 20 ciclos espiratorios (OPCIONAL). Solicitamos a la Convocante modificar este punto de manera a que NO sea OPCIONAL, ya que este punto es un parámetro de suma importancia que debe ser medido por el ventilador, mas aun teniendo en cuenta el tipo de paciente a que esta dirigido este equipo que son pacientes neonatales.	25-08-2022	16:15:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	31-08-2022	13:19:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En las especificaciones para el Ítem 3 solicitan Relación I: E.. Solicitamos a la Convocante modificar este punto de manera a solicitar los rangos de medición, ya que este punto es un parámetro de suma importancia que debe ser medido por el ventilador, más aún teniendo en cuenta el tipo de paciente a que está dirigido este equipo que son pacientes neonatales. Solicitamos modificar a Relación I: E de 1:150 a 150:1 o mejor rango.	25-08-2022	16:16:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita monitorización mostrada en pantalla sin limites.	31-08-2022	13:23:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones para el Ítem 3 solicitan Tiempo de alarma de apnea De 5 a 20 seg o mayor. Solicitamos a la Convocante modificar este punto ya que el rango superior es muy bajo. Recalamos que este equipo será destinado a pacientes neonatales por lo que debe contar con todas las funciones disponibles y con las mejores prestaciones teniendo en cuenta lo delicado que son estos tipos de pacientes. Solicitamos modificar a Tiempo de alarma de apnea De 5 a 50 seg o mayor.	25-08-2022	16:17:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita tiempo de alarma de apnea de 5 a 20 seg o mayor, lo cual incluye el rango solicitado.	31-08-2022	13:24:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones para el Ítem 3 solicitan Compensación de fugas del volumen corriente (o volumen tidal) fijado. Solicitamos a la Convocante modificar este punto a Compensación de fugas hasta el 100% del volumen corriente (o volumen tidal) fijado Recalamos que este equipo será destinado a pacientes neonatales por lo que debe contar con todas las funciones disponibles y con las mejores prestaciones teniendo en cuenta lo delicado que son estos tipos de pacientes. Lo solicitado se ajusta a las tecnologías disponibles en el mercado, como así también a las especificaciones solicitadas en un llamado anterior por la misma Convocante.	25-08-2022	16:18:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita tiempo compensación de fugas del volumen corriente (o volumen tidal) fijado por la que indica que debe compensar hasta llegar al volumen fijado.	31-08-2022	13:25:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el documento antecedentes_de_precio_referencial_1660159539680 relacionado a este llamado, podemos apreciar que para el ítem 3 toman como referencia un historial de precio de la licitación de la Policía Nacional ID: 399759 del año 2021, el precio del equipo adquirido en esa licitación fue de 225.000.000 Gs. Sin embargo, cabe señalar que el equipo solicitado en esa licitación era un Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad destinados a pacientes Adultos y Pediátricos, no así uno de Alta Frecuencia destinados a pacientes Pediátricos y NEONATALES. Las especificaciones de ambos equipos son totalmente diferentes como así también sus precios finales. Un ventilador para pacientes Neonatales es mucho mas costoso que uno para pacientes Adultos, esto se puede comprobar con las otras dos ofertas tomadas como referencia, se puede ver que la diferencia de precio es sustancial. Solicitamos a la Convocante que no tome en cuenta el precio obtenido de la licitación mencionada por no ajustarse al mismo equipo solicitado en este llamado y porque reduce significativamente el precio referencial para esta licitación.	25-08-2022	16:19:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dicho precio no será modificado.	31-08-2022	16:36:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ítem 2: Aceptaría la convocante un autoclave sin puerta deslizante?	26-08-2022	15:59:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	13:26:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ítem 2:Se puede ofertar un autoclave de 82 litros?	26-08-2022	16:00:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	13:26:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ítem 2: Aceptaría la convocante un autoclave sin control por microprocesador?	26-08-2022	16:01:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	31-08-2022	13:27:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ítem 2: Aceptaría la convocante un autoclave sin temporizador?	26-08-2022	16:01:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	31-08-2022	13:28:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
item 2: Aceptaría la convocante que el autoclave posea otro tipo de protección contra sobrecalentamiento, distinto al corte automático de energía?	26-08-2022	16:02:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	31-08-2022	13:29:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
item 2: Aceptaría la convocante un sistema de alarmas sin código de errores pero que indique el tipo de error?	26-08-2022	16:02:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	31-08-2022	13:30:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
item 2: Aceptaría la convocante un autoclave sin resistencias sumergibles?	26-08-2022	16:03:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	31-08-2022	13:31:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Peso del equipo inferior a 4 Kg." solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Peso del equipo inferior a 8 Kg." debido a que lo solicitado es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnóstico, por lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales.	26-08-2022	17:05:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	13:31:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Panel de control con pantalla táctil de 8 para el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanumérico táctil que permita la introducción de datos del paciente" solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que la mayor parte de los ecógrafos portátiles del mercado no cuentan con Panel de control con pantalla táctil y a que lo solicitado es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnóstico, por lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales.	26-08-2022	17:05:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	31-08-2022	13:31:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Pantalla táctil secundaria con gestos tipo Tablet para mejorar la interacción con el equipo" solicitamos amablemente a la convocante modificar a " Pantalla táctil con control de gestos" lo solicitado es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnóstico, por lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales.	26-08-2022	17:06:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	31-08-2022	13:32:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Memoria CINE de al menos 10.000 cuadros o 1000 segundos" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Memoria CINE de al menos 1.000 cuadros o superior" debido a que la finalidad del cine es revisar breves instantes del estudio y evaluar el movimiento del tejido para lo cual el valor solicitado es más que suficiente.	26-08-2022	17:06:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	31-08-2022	13:32:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Dispositivo Bluetooth para transferencia de imágenes y videos a dispositivos externos" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Dispositivo Wifi para transferencia inalámbrica de imágenes y videos" debido a que la tecnología WiFi ofrece conexiones más rápidas y con más ancho de banda.	26-08-2022	17:07:27
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		31-08-2022	13:32:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice "Dispositivo para lectura/grabación de imágenes y video en CD/DVD integrado en el equipo." solicitamos amablemente a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que por temas de protección del medioambiente la mayoría de las casas comerciales han reemplazado el uso de CD/DVD por soporte digital en implementos reutilizables USB.		26-08-2022	17:07:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		31-08-2022	13:32:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice "Medición automática de la íntima media en tiempo real" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Medición automática de la íntima media" o que dicho punto sea opcional debido a que dicha característica no es utilizada en estudios pediátricos		26-08-2022	17:08:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		31-08-2022	13:33:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice "Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 10 MHz. Cantidad: 01 unidad." solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 8 MHz. Cantidad: 01 unidad." ya que dichos parámetros son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.		26-08-2022	17:08:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		31-08-2022	13:33:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice "Transductor sectorial o phased array adulto/pediátrico con ancho de banda de 2 MHz a 5 MHz. Cantidad: 01 unidad." solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Transductor sectorial o phased array adulto/pediátrico con ancho de banda de 1,5 MHz a 4 MHz. Cantidad: 01 unidad." ya que dichos parámetros son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.		26-08-2022	17:08:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		31-08-2022	13:33:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice "Transductor Lineal con ancho de banda de 6 MHz a 16 MHz. Cantidad: 01 unidad" solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Transductor Lineal con ancho de banda de 5 MHz a 15 MHz. Cantidad: 01 unidad" ya que dichos parámetros son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.		26-08-2022	17:09:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		31-08-2022	13:34:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para el ítem 1 Donde dice: "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato., Solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Lo solicitado obedece a los retrasos en el transporte que son ocasionados por inconvenientes registrados en la cadena logística a nivel mundial.		26-08-2022	17:10:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		31-08-2022	13:34:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Peso del equipo inferior a 4 Kg, solicitamos diga: Peso del equipo inferior a 7		28-08-2022	23:53:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.		31-08-2022	13:35:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Memoria CINE de al menos 10.000 cuadros o 1000 segundos., solicitamos diga: Donde dice: Memoria CINE de al menos 1000 cuadros		28-08-2022	23:55:02
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	31-08-2022	13:35:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Dispositivo Bluetooth para transferencia de imágenes y videos a dispositivos externos, solicitamos que este punto sea opcional de manera a permitir mayor participación de oferentes	28-08-2022	23:56:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	13:35:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dispositivo para lectura/grabación de imágenes y video en CD/DVD integrado en el equipo, solicitamos que se permita ofertar equipos con Dispositivo para lectura/grabación de imágenes y video en CD/DVD externo al equipo	28-08-2022	23:57:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	13:35:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Transductor sectorial o phased array adulto/pediátrico con ancho de banda de 2 a 5Mhz, solicitamos diga: Transductor sectorial o phased array adulto/pediátrico con ancho de banda de 2 a 4Mhz	28-08-2022	23:57:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	13:36:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Rango dinámico del sistema de 280 dB, Solicitamos diga: Rango dinámico del sistema de 250 dB	28-08-2022	23:58:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	13:36:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Capacidad de almacenamiento en disco de estado sólido de 250GB o superior, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco de estado sólido o disco duro (HDD) de 500 GB o superior.	29-08-2022	00:01:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	31-08-2022	13:36:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Rango dinámico del sistema de 280 dB, Solicitamos diga: Rango dinámico del sistema de 250 dB	29-08-2022	00:01:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	13:37:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 10 MHz, solicitamos permita ofertar Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 9 MHz.	29-08-2022	00:08:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	16:26:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos solicitar: Posibilidad de agregar en el futuro transductor transesofágico adulto y pediátrico	29-08-2022	00:16:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	31-08-2022	16:27:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 10 MHz, solicitamos diga Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 5 MHz a 10 MHz	29-08-2022	00:19:32
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	16:27:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que los estados financieros solicitados para el análisis de la capacidad financiera sean auditados conforme lo establece el art. 33 de la LEY N° 2.421/04 DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE ADECUACIÓN FISCAL.-	29-08-2022	09:36:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	31-08-2022	13:38:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que los estados financieros solicitados para el análisis de la capacidad financiera sean auditados conforme lo establece el art. 33 de la LEY N° 2.421/04 DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE ADECUACIÓN FISCAL.-	29-08-2022	09:37:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	31-08-2022	13:38:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Autoclave de esterilización vertical de 80 litros solicitamos a la convocante poder cotizar de Apartir de 75 litros Asi dara mayor participacion de oferentes potenciales	29-08-2022	09:37:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	16:27:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El punto 3 expresa: - El oferente deberá garantizar que repondrán gratuitamente dentro de los Limites de la República del Paraguay, en cualquier lugar o donde ocurriere la falta de algún equipo que se haya dañado por causas de los bienes e insumos proveídos o debido al diseño, material o fabricación defectuosa. En ese sentido, teniendo en cuenta que el lugar de funcionamiento del bien es el Hospital Pediatrico, se solicita amablemente a la Convocante establecer que cualquier cambio del lugar inicial de entrega y funcionamiento del bien en el marco de la ejecución del contrato y periodo de garantía, debe ser comunicado al proveedor antes de proceder al cambio de lugar, de modo a que este tome todos los recaudos necesarios, pues cualquier daño al bien durante el traslado puede implicar obligaciones para el mismo.-	29-08-2022	09:38:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	16:28:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: ...//...El suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el contrato. Se solicita a la Convocante aclarar qué tipo de ítems podrían ser incluidos en torno a este requisito, pues los mismos deben ser contemplados por los oferentes debido a que la inclusión de los mismos conlleva gastos adicionales que repercuten en el precio ofertado. En ese sentido, el oferente debe conocer exactamente todos los bienes y accesorios que debe ofertar.-	29-08-2022	09:38:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dicha condicion es parte del Pliego Estandar. Para cada bien requerido se establece claramente las especificaciones tecnicas, para que el oferente elabore su oferta.	31-08-2022	13:39:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El Pliego de Bases y Condiciones indica: ...//... Si el equipo es dañado por falta de mantenimiento preventivo, deberá ser sustituido por uno nuevo sin costo para la Convocante. La garantía no incluye daños que pudieran sufrir los equipos por errores de utilización, golpes y/o desgastes naturales...//... Solicitamos a la convocante aclarar ¿quién determinara el tipo de daño y cuál sería el procedimiento para el mismo?	29-08-2022	09:39:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	16:28:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Temporizador de 0 a 99 horas Solicitamos que este punto quede de la siguiente manera Temporizador de 0 a 999 minutos de manera a tener mayor participacion de oferentes	29-08-2022	09:39:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	31-08-2022	16:28:42
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta que el Acta de Recepción Definitiva es un documento que indica el cumplimiento del contrato y por ende habilita al proveedor a solicitar el pago, solicitamos a la convocante establecer que la misma será emitida inmediatamente después de entregado el bien o en su defecto dentro de los siguientes 5 días.	29-08-2022	09:39:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	16:29:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de 0,10% Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de multa por cada día de atraso en la entrega de bienes adjudicados sea de 0,01%.	29-08-2022	09:39:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	31-08-2022	13:39:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita contemplar el pago de anticipo de 20% del valor del contrato.-	29-08-2022	09:40:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	31-08-2022	13:40:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Capacidad de cámara interna de 80 litros Solicitamos que este punto pueda quedar de la siguiente manera Capacidad de cámara interna de mínimo 75 litros esto es a fin de dar mayor cantidad oportunidad de oferentes	29-08-2022	09:41:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	16:29:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice 2 (dos) resistencias sumergibles Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente forma por lo menos 1 (una) resistencia sumergible de esta manera dara oportunidad de mayor participacion a oferentes	29-08-2022	09:44:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El equipo debe ser entregado con dos resistencias sumergibles, esto no indica que el equipo debe contar con 2 resistencias en su interior. Lo que se solicita es una resistencia adicional para repuesto.	31-08-2022	13:40:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta la naturaleza del bien licitado, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación con la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente: Los precios ofertados para los bienes estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (7,5 %) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ Donde; P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de Remisión y/o Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.-	29-08-2022	09:51:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	16:29:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, página 25 se indica para el ítem 1 Eco cardiógrafo: " Accesorios: Unidad de Alimentación ininterrumpida (UPS) del tipo TRUEONLINE de acuerdo a los requerimientos eléctricos del equipo ofertado con autonomía mínima de 20 minutos. Solicitamos amablemente a la Convocante colocar el requisito como "opcional" considerando los siguientes puntos: - Por las características de peso y dimensiones de la UPS dificultará el transporte del equipo de ecografía y su uso en las dependencias del Hospital. - El equipo de ecografía solicitado ya cuenta con batería incorporada, que se menciona como requerimiento "Batería interna con autonomía de 60 minutos como mínimo", la cual permitirá el uso del equipo ante una falla en la energía eléctrica, por lo que el uso de una UPS ya es redundante, así también evitará encarecer el precio del bien ofertado.	29-08-2022	09:53:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	16:29:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice Copia de contratos acompañados de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. (que correspondan al bien o bienes que cotiza en esta contratación) Favor aclarar si la experiencia solo será de acuerdo al bien cotizado debido que solicitan experiencia en EQUIPOS MEDICOS y/o EQUIPAMIENTO MEDICO	29-08-2022	09:54:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Para calificar la experiencia el oferente deberá presentar documentos que certifiquen su experiencia en la provisión del "bien que cotiza en esta contratación"	31-08-2022	13:41:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Peso del equipo inferior a 4 Kg. Solicitamos a la convocante no limitar y direccionar con esta característica bastante específica, por lo que solicitamos dejar cotizar 8 kilos en adelante así dará mayor participación a oferentes.	29-08-2022	10:03:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	16:30:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Panel de control con pantalla táctil de 8 para el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanumérico táctil que permita la introducción de datos del paciente. Solicitamos a la convocante aclarar si lo que solicita es un equipo portátil o un equipo modular debido a que mas arriba solicitan pantalla de 15 pulgadas y para la introducción de pacientes una pantalla de 8, Favor eliminar este punto debido a que se contradice con el pedido de pantalla principal.	29-08-2022	10:07:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La pantalla principal es para la visualización de estudios y el panel táctil para el manejo interactivo del menú.	31-08-2022	13:41:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Pantalla táctil secundaria con gestos tipo tablet para mejorar la interacción con el equipo. Solicitamos eliminar este requerimiento debido a que es limitante para oferentes potenciales	29-08-2022	10:09:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	31-08-2022	13:42:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde solicitan Conectividad a través de redes de área local LAN RJ45 y redes inalámbricas Wireless. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera Conectividad a través de redes de área local LAN RJ45 ó redes inalámbricas Wireless de esta forma dará no limitara a la participación de oferentes.	29-08-2022	10:10:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	16:30:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice 02 (dos) puertos USB para conexión de periféricos. Solicitamos a la convocante dejar cotizar de al menos un puerto en el equipo de esta forma dará mayor participación a oferentes	29-08-2022	10:12:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	31-08-2022	13:42:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 10 MHz. Cantidad: 01 unidad. Solicitamos a la convocante aclarar si es transductor Pediatrico o transductor Neonatal el requerido, debido a que el rango solicitado es Neonatal y no pediátrico	29-08-2022	10:27:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al ancho de banda solicitado en las Especificaciones Técnicas.	31-08-2022	13:43:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Transductor lineal con ancho de banda de 6 MHz a 16 MHz. Cantidad: 01 unidad. Solicitamos poder cotizar transductor Lineal de 3 a 12 Mhz de esta forma dará mayor cantidad de oferentes posibles	29-08-2022	10:36:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	16:30:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato. Solicitamos a la convocante que el plazo de entrega sea de 90 días una vez emitio la orden de Compra debido al problema actual de logística existente	29-08-2022	10:39:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	31-08-2022	13:43:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante ampliar la entrega a 90 días corridos después de la firma del contrato, puesto que son equipos importados.	29-08-2022	10:55:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	31-08-2022	13:44:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Volumen Corriente (ml). Límite inferior 2 o menor. Límite superior 300 o mayor solicitamos amablemente a la convocante mejorar el rango de Volumen corriente solicitado considerando que el uso que se dará al equipo no es solo a neonatos, también es para pediátricos donde se llega a volúmenes de incluso 500 mL y además considerando la definición técnica de los ventiladores de alta frecuencia que emplea pequeños volúmenes corrientes con rápidas frecuencias respiratorias, reduciendo las presiones pico y el riesgo de volutrauma, los volúmenes inferiores deben ser del orden de 0.5 mL. Por lo expresado y para que la especificación del rango se ajuste a todos los pacientes neonatales y pediátricos sugerimos que el rango de Límite inferior sea de 0.5 o menor y el rango de limite superior sea de 500 mL	29-08-2022	11:47:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La modificación del rango solicitado, se encuentra dentro de los rangos establecidos en las especificaciones técnicas. Ajustarse.	31-08-2022	13:45:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Presión Inspiratoria (cm H2O). De 1 o menor a 80 o mayor solicitamos amablemente a la convocante mejore el rango a los valores clínicos utilizados reales y usados en la práctica en ventilación mecánica, valores de presión inspiratoria de 1 cmH2O o menores no son utilizados y solo se ajusta a la limitación de participación de potenciales oferentes para que solo un fabricante pueda ofertar. Los rangos mínimos de presión son de 5 cmH2O. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Presión Inspiratoria (cm H2O). De 5 o menor a 80 o mayor.	29-08-2022	11:47:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	31-08-2022	13:46:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Frecuencia respiratoria (rpm). Límite inferior 4 o menor. Límite superior 150 o mayor solicitamos a la convocante mejorar el rango del limite inferior de frecuencia respiratoria. El valor usual inferior de la frecuencia respiratoria en los ventiladores de alta frecuencia es del orden de 2 rpm. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Frecuencia respiratoria (rpm). Límite inferior 2 o menor. Límite superior 150 o mayor	29-08-2022	11:48:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La modificación del rango solicitado, se encuentra dentro de los rangos establecidos en las especificaciones técnicas. Ajustarse.	31-08-2022	13:46:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Tiempo Inspiratorio (s). Límite inferior 0,1 o menor. Límite superior 3 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con tiempo inspiratorio con limite superior de al menos 2 seg, y dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes.	29-08-2022	11:48:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	16:31:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Tiempo de aumento de la presión o Rampa (s). Límite inferior 0. Límite superior 2 o mayor ó de 0 a 30% de la duración del ciclo respiratorio como mínimo solicitamos amablemente a la convocante mejorar el rango inferior indicando un valor, ya que el valor 0 señala que no hay rampa o tiempo de aumento y en realidad este parámetro debe iniciar desde un valor como por ejemplo 0.1 seg. La manera en que es solicitado da a entender que beneficiara a un solo fabricante que diseña los equipos para direccionar especificaciones técnicas en licitaciones y de esta manera se limita la participación de potenciales oferentes.	29-08-2022	11:49:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En las especificaciones tecnicas se establece "Tiempo de aumento de la presión o Rampa (s). Límite inferior 0,1 o menor. Límite superior 2 o mayor ó de 0 a 30% de la duración del ciclo respiratorio como mínimo"	31-08-2022	13:50:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto donde dice Presión Soporte (mbar) Límite inferior 0. Límite superior 80 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con límite inferior de Presión Soporte de 2 mBar y así dar participación a potenciales oferentes.	29-08-2022	11:49:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	31-08-2022	13:51:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Nebulizador sincronizado. Intervalos de 5, 10, 15, 30 minutos, o continuamente solicitamos amablemente a la convocante considere el parámetro Nebulizador como opcional, considerando que en la practica y de acuerdo con las exigencias de la FDA no habilita la nebulización en pacientes neonatales, y claramente este parámetro da a entender que se encuentra direccionado a un solo fabricante que diseña sus equipos para el direccionamiento de las especificaciones técnicas en licitaciones. La nebulización se da en ventilación convencional en pacientes pediátricos y adultos.	29-08-2022	11:49:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	31-08-2022	13:51:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Elastancia solicitamos amablemente a la convocante considere como opción el parámetro Compliance, que es la inversa de la Elastancia. Ya que se cuenta con fabricantes que dan este parámetro y también es interpretado por los médicos indistintamente, y no se indique el rango ya que direcciona las especificaciones a un solo fabricante. Por lo expuesto solicitamos que el item quede de la siguiente manera: Elastancia o Compliance.	29-08-2022	11:50:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V2.	31-08-2022	16:31:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por al menos 31 días solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de almacenamiento de eventos de al menos 5 días y con 1000 entradas de registros, permitiendo de esta manera la participación de potenciales oferentes y no a que un solo fabricante cotice en esta licitación.	29-08-2022	11:50:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	31-08-2022	13:51:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Pantalla gráfica LCD a colores de 15" o mayor para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con pantalla gráfica LCD a colores de al menos 10, y así dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes.	29-08-2022	11:51:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	31-08-2022	13:51:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante elevar el precio referencial del ítem 3, teniendo en cuenta que en el documento antecedentes_de_precio_referencial_1660159539680 relacionado a este llamado toman como referencia un historial de precio de la licitación de la Policía Nacional ID: 399759 del año 2021, el precio del equipo adquirido en esa licitación fue de 225.000.000 Gs. Sin embargo, cabe señalar que el equipo solicitado en esa licitación era un Ventilador Pulmonar de Alta Complejidad destinados a pacientes Adultos y Pediátricos, no así uno de Alta Frecuencia destinados a pacientes Pediátricos y NEONATALES. Un ventilador para pacientes Neonatales es mucho más costoso que uno para pacientes Adultos, esto se puede comprobar con las otras dos ofertas tomadas como referencia. Solicitamos a la Convocante que no tome en cuenta el precio obtenido de la licitación mencionada de manera a poder elevar el precio referencial del ítem 3 y ajustarse a los precios disponibles en el mercado.	01-09-2022	16:52:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dicho precio no será modificado.	07-09-2022	09:21:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto Plan de entrega de los bienes, para el ítem 3 solicitan una Fecha final de Ejecución de los bienes de 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato. Solicitamos amablemente a la Convocante ampliar este plazo de tiempo, teniendo en cuenta que los equipos deben ser importados y el tiempo de importación oscila entre las 6 a 8 semanas esto sin tener en cuenta el tiempo de despacho que de nuevo oscila unas 2 semanas, pudiendo demorar contar con el equipo recién unas 10 semanas luego de realizar el pedido, lo cual supera ampliamente el tiempo solicitado por la Convocante. Por ello solicitamos modificar este punto por 90 (noventa) días corridos a partir de la firma del Contrato..	01-09-2022	16:54:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		07-09-2022	09:22:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Presión Inspiratoria (cm H2O). De 1 o menor a 80 o mayor solicitamos amablemente a la convocante mejore el rango a los valores clínicos utilizados reales y usados en la práctica en ventilación mecánica, valores de presión inspiratoria de 1 cmH2O o menores no son utilizados y solo se ajusta a la limitación de participación de potenciales oferentes para que solo un fabricante pueda ofertar. Los rangos mínimos de presión son de 5 cmH2O. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Presión Inspiratoria (cm H2O). De 5 o menor a 80 o mayor.		01-09-2022	17:44:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		07-09-2022	09:23:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Presión Soporte (mbar) Límite inferior 0. Límite superior 80 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con límite inferior de Presión Soporte de 2 mBar y así dar participación a potenciales oferentes. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera Presión Soporte (mbar) Límite inferior 2 o menor. Límite superior 80 o mayor		01-09-2022	17:44:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		07-09-2022	09:23:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Nebulizador sincronizado. Intervalos de 5, 10, 15, 30 minutos, o continuamente solicitamos amablemente a la convocante considere el parámetro Nebulizador como opcional, considerando que en la practica y de acuerdo con las exigencias de la FDA no habilita la nebulización en pacientes neonatales, y claramente este parámetro da a entender que se encuentra direccionado a un solo fabricante que diseña sus equipos para el direccionamiento de las especificaciones técnicas en licitaciones. La nebulización se da en ventilación convencional en pacientes pediátricos y adultos.		01-09-2022	17:45:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.		07-09-2022	13:40:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Nebulizador sincronizado. Intervalos de 5, 10, 15, 30 minutos, o continuamente solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar Nebulizador continuo externo, así de esta manera se apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes. Entonces, solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Nebulizador sincronizado. Intervalos de 5, 10, 15, 30 minutos, o continuamente externo		01-09-2022	17:46:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.		07-09-2022	13:40:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por al menos 31 días solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de almacenamiento de eventos de al menos 5 días y con 1000 entradas de registros, permitiendo de esta manera la participación de potenciales oferentes y no a que un solo fabricante cotice en esta licitación.		01-09-2022	17:46:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.		07-09-2022	13:41:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En donde dice Pantalla gráfica LCD a colores de 12" o mayor para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas" solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con pantalla gráfica LCD a colores de al menos 10, y así dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes.		01-09-2022	17:47:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.		07-09-2022	13:57:42
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En donde dice Volumen Tidal Bajo ó VTE no alcanzado solicitamos que estos parámetros sean considerados como variables de medición del ventilador y no exclusivamente como variables de alarma. Así de esta manera se da apertura a la participación de potenciales oferentes y no se limita al cumplimiento de un solo fabricante. Por este motivo solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Alarmas de Volumen Tidal Bajo ó VTE, ó Medición de Volumen tidal bajo o VTE.		01-09-2022	17:47:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En parámetros monitorizados mostrados en pantalla se solicita la medición de estos parámetros.		07-09-2022	09:26:36

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega de los ítems, el plazo de entrega de 40 días resulta inaplicable considerando los tiempos de fabricación de estos equipos especializados (6 a 8 semanas aprox), tiempo de transito (2 a 3 semanas) y no menos importante el tiempo de despacho de nuestra aduana (2 a 4 semanas) que normalmente ocupa este tipo de importación. De esta manera se ajusta a tiempos reales actuales y no se beneficiaría solo a aquella empresa que pueda tener estos equipos en su deposito para entrega inmediata. Por lo expuesto y para garantizar la libre competencia solicitamos que el tiempo de entrega mínimo solicitado sea de 90 días luego de la emisión de la orden de compra.	01-09-2022	17:47:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	07-09-2022	09:27:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Panel de control con pantalla táctil de 8 para el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanumérico táctil que permita la introducción de datos del paciente" solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con "Panel de control con pantalla táctil de 8 o monitor táctil (se refiere al monitor del equipo) para el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanumérico táctil o físico que permita la introducción de datos del paciente"	01-09-2022	17:52:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.	07-09-2022	13:57:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Pantalla táctil secundaria con gestos tipo Tablet para mejorar la interacción con el equipo" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Pantalla táctil secundaria con gestos tipo Tablet o monitor táctil con control de gestos para mejorar la interacción con el equipo" debido a que lo solicitado es una "característica constructiva" que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, lo que limita innecesariamente una mayor participación de oferentes, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales.	01-09-2022	17:53:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.	07-09-2022	13:58:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Memoria CINE de al menos 10.000 cuadros o 1000 segundos" solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con "Memoria CINE de al menos 1.250 cuadros o 60 segundos" debido a que la finalidad del cine es revisar breves instantes del estudio para analizar las imágenes adquiridas sin necesidad de escanear al paciente permanentemente, realizar mediciones y/o el movimiento del tejido, para lo cual el valor solicitado es más que suficiente. Por lo que solicitamos que modifiquen dicho punto a fin de tener una mayor cantidad de oferentes potenciales.	01-09-2022	17:53:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.	07-09-2022	13:58:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Medición automática de la íntima media en tiempo real" solicitamos amablemente a la convocante modificar dicho punto a "Medición automática de la íntima media en tiempo real o en imagen congelada" debido a que la mayoría de las marcas realizan dicha medición en imagen congelada, lo cual mejora la exactitud del resultado y no afecta a la funcionalidad del equipo.	01-09-2022	17:54:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.	07-09-2022	13:58:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 3 Donde dice: "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato., Solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales.	01-09-2022	17:55:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	07-09-2022	09:27:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice "Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 10 MHz. Cantidad: 01 unidad." solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz a 8 MHz. Cantidad: 01 unidad." ya que dichos parámetros son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.	01-09-2022	17:58:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	07-09-2022	09:28:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz o menor a 9 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad." solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz o menor a 8 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad." ya que dichos parámetros son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.	01-09-2022	18:00:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	07-09-2022	09:38:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAN Memoria cine de al menos 10.000 cuadros o 1000 segundos, solicitamos permita ofertar equipos con Memoria Cine de al menos 1000 cuadros	01-09-2022	18:24:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.	07-09-2022	13:58:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION. Plan de entrega de los Bienes, dice: 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato. Solicitamos Respetuosamente al convocante que este punto quede de la siguiente manera: 90 (noventa) días corridos a partir de la firma del Contrato.	02-09-2022	09:15:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	07-09-2022	09:38:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION. Requisito documental para evaluar la capacidad técnica, en el numeral 7 dice: Registro Sanitario para todos los Items. Solicitamos respetuosamente al Convocante se elimine este requisito para el Ítem N° 2 Autoclave de esterilización, de conformidad a lo dispuesto en la Resolución N° 669/16, Art. 18 Que estarán excluidos de la presente normativa los dispositivos médicos clasificados como instrumento de laboratorio y dispositivo médico para diagnóstico de uso in vitro	02-09-2022	09:16:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.	07-09-2022	13:59:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem N° 2 Autoclave de Esterilización, en una parte de las especificaciones técnicas dice: Autoclave de Esterilización Vertical de 80 litros Solicitamos respetuosamente al convocante permita cotizar equipos con: Autoclave de Esterilización Vertical de 80 litros (+/- 5).	02-09-2022	09:21:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.	07-09-2022	13:59:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Cine Memory 10000 cuadros o 1000 segundos, solicitamos diga Cine Memory 4000 cuadros o 1000 segundos de manera a permitir mayor participación de oferentes	02-09-2022	10:14:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.	07-09-2022	13:59:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Normas de calidad específica: FDA y/o CE y/o Mercosur o al menos una de ellas". Solicito consideren solicitar de la siguiente manera: "Normas de calidad específica: FDA y/o CE y/o Mercosur y/o CLV emitido por el Ministerio de Salud del país de origen o al menos una de ellas"	02-09-2022	11:32:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	07-09-2022	09:39:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice "Ciclos de programación con temperaturas entre 121° y 134°C". Solicito amablemente a la convocante consideren solicitar de la siguiente manera: "Ciclos de programación con temperaturas entre 121° y 127°C o más"	02-09-2022	11:33:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.	07-09-2022	13:59:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 2: Se solicita amablemente a la convocante considerar: Puerta deslizante o con cierre hermético o con manijas de bloqueo	02-09-2022	11:34:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.	07-09-2022	14:00:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ÍTEM 1. ECOCARDIOGRAFO Donde dice: Adaptador para conexión de tres transductores en simultáneo en el carro de transporte Solicitamos a la convocante permita cotizar: Adaptador para conexión de dos o tres transductores en simultáneo en el carro de transporte.	02-09-2022	12:02:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.	07-09-2022	14:00:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ÍTEM 1. ECOCARDIOGRAFO Donde dice: Software para Eco Stress. Solicitamos a la convocante permita es te punto sea OPCIONAL.	02-09-2022	12:02:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Software para Eco Stress es fundamental para evaluar los casos en los que el corazón del paciente sufra ante un esfuerzo, especialmente aquellos con limitaciones para realizar esfuerzo físico.	07-09-2022	09:58:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ÍTEM 1. ECOCARDIOGRAFO Donde dice: Calculo de Strain Global con despliegue de Ojo de Buey. Solicitamos a la convocante permita es te punto sea OPCIONAL. Atendiendo a que es una característica muy limitativa para una competencia abierta entre oferentes y teniendo en cuenta que el punto anterior a este ya se solicita Software para el análisis cuantitativo del movimiento de las paredes del VI STRAIN con cálculos de strain longitudinal y circunferencial	02-09-2022	12:02:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita ecógrafo de uso específico y no general. Ajustarse a los solicitado en las Especificaciones Técnicas.	07-09-2022	10:00:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Temporizador de 0 a 99 horas, se solicita amablemente a la convocante admitir Temporizador de 0-999 minutos debido a que con este tiempo se cubren los procesos de esterilización requeridos en laboratorio	02-09-2022	13:11:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.	07-09-2022	14:00:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en el punto Panel de control con pantalla táctil de 8 para el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanuméricotáctil que permita la introducción de datos del paciente. Solicitamos a la convocante poner como opcional debido a que limita la participación de oferentes potenciales	02-09-2022	13:14:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.	07-09-2022	14:00:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Pantalla táctil secundaria con gestos tipo tablet para mejorar la interacción con el equipo. Solicitamos a la convocante dejar como opcional debido a que limita la participación de oferentes potenciales	02-09-2022	13:15:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V3.	07-09-2022	14:11:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz o menor a 9 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad. Solicitamos a la convocante dejar cotizar transductores de 3 a 8 MHz, así de esta forma podrá tener mayor cantidad de oferentes	02-09-2022	13:17:48

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	07-09-2022	10:01:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan Transductor lineal con ancho de banda de 6 MHz o menor a 15 MHz o mayor. Solicitamos a la convocante dejar cotizar transductores Lineales con misma especificidad de trabajo con MHz de 3 a 12 de esta forma tendra mayor cantidad de oferentes	02-09-2022	13:19:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	07-09-2022	10:01:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 2 Datos Generales: Donde dice "Normas de calidad especifica: FDA y/o CE y/o Mercosur o al menos una de ellas". Solicito consideren solicitar de la siguiente manera: "Normas de calidad especifica: FDA y/o CE y/o Mercosur y/o CLV emitido por el Ministerio de Salud del país de origen (en caso de ser del Mercosur) o al menos una de ellas"	08-09-2022	07:48:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	13-09-2022	13:19:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto Plan de entrega de los bienes, para el ítem 3 solicitan una Fecha final de Ejecución de los bienes de 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato. Solicitamos amablemente a la Convocante ampliar este plazo de tiempo, teniendo en cuenta que los equipos deben ser importados y el tiempo de importación mas despacho de los equipos demoraría unas 10 semanas. El tiempo solicitado hace entender de que la licitación va direccionada a oferentes que ya cuenten con los equipos a disposición, limitando la participación de otros oferentes. Insistimos en ampliar el tiempo de entrega a 90 (noventa) días corridos a partir de la firma del Contrato..	08-09-2022	11:41:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	12-09-2022	16:01:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Presión Inspiratoria (cm H2O). De 1 o menor a 80 o mayor solicitamos amablemente a la convocante mejore el rango a los valores clínicos utilizados reales y usados en la práctica en ventilación mecánica, valores de presión inspiratoria de 1 cmH2O o menores no son utilizados y solo se ajusta a la limitación de participación de potenciales oferentes para que solo un fabricante pueda ofertar. Los rangos mínimos de presión son de 5 cmH2O. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Presión Inspiratoria (cm H2O). De 5 o menor a 80 o mayor.	08-09-2022	22:05:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V4.	14-09-2022	15:19:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Presión Soporte (mbar) Límite inferior 0. Límite superior 80 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con límite inferior de Presión Soporte de 2 mBar y así dar participación a potenciales oferentes. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera Presión Soporte (mbar) Límite inferior 2 o menor. Límite superior 80 o mayor	08-09-2022	22:06:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V4.	14-09-2022	15:19:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por como mínimo 15 días o 5.000 entradas de registros. solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de almacenamiento de eventos de al menos 5 días y con 1000 entradas de registros, permitiendo de esta manera la participación de potenciales oferentes y no a que un solo fabricante cotice en esta licitación	08-09-2022	22:06:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	13-09-2022	13:20:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Volumen Tidal Bajo ó VTE no alcanzado solicitamos que estos parámetros sean considerados como variables de medición del ventilador y no exclusivamente como variables de alarma. Asi de esta manera se da apertura a la participación de potenciales oferentes y no se limita al cumplimiento de un solo fabricante. Por este motivo solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Alarmas de Volumen Tidal Bajo ó VTE, ó Medición de Volumen tidal bajo o VTE.	08-09-2022	22:06:52
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas. Remitirse al apartado "Parámetros monitorizados mostrados en pantalla"	13-09-2022	13:22:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega de los ítems, el plazo de entrega de 40 días resulta inaplicable considerando los tiempos de fabricación de estos equipos especializados (6 a 8 semanas aprox), tiempo de tránsito (2 a 3 semanas) y no menos importante el tiempo de despacho de nuestra aduana (2 a 4 semanas) que normalmente ocupa este tipo de importación. De esta manera se ajusta a tiempos reales actuales y no se beneficiaría solo a aquella empresa que pueda tener estos equipos en su depósito para entrega inmediata. Por lo expuesto y para garantizar la libre competencia solicitamos que el tiempo de entrega mínimo solicitado sea de 90 días luego de la emisión de la orden de compra	08-09-2022	22:07:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	12-09-2022	16:03:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice, Panel de control con pantalla táctil de 8" o monitor táctil (se refiere al monitor del equipo) para el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanumérico táctil o físico que permita la introducción de datos del paciente; Solicitamos a la convocante no direccionar las especificaciones técnicas limitando la participación de potenciales oferentes por lo expuesto solicitamos que este punto sea opcional permitiendo la libre Competencia como lo establece la ley de contrataciones	08-09-2022	22:10:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V4. igualmente se aclara que para el caso de que el equipo cuente con monitor táctil para manejo de funciones no será necesario panel de control táctil de 8" y para el caso de que el monitor no sea táctil se requiere que el equipo cuente con panel de control con pantalla táctil de 8" para manejo de sus funciones.	14-09-2022	15:24:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde solicitan Pantalla táctil secundaria con gestos tipo Tablet o monitor táctil con control de gestos para mejorar la interacción con el equipo. Solicitamos a la convocante que este punto sea opcional permitiendo la libre competencia entre oferentes	08-09-2022	22:12:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas. Se indican 2 (dos) posibles opciones.	13-09-2022	13:23:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan Dispositivo Bluetooth para transferencia de imágenes y videos a dispositivos externos o dispositivo WIFI para transferencia inalámbrica de imágenes y videos. Solicitamos eliminar este punto debido a la privacidad y vulnerabilidad de robos de datos del paciente y por ser característico de una marca en específica que limita a la participación de oferentes.	08-09-2022	22:15:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se indican 2 (dos) opciones, adecuarse a alguna de ellas.	13-09-2022	13:24:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz o menor a 9 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad. Recomendamos a la convocante no ser engañado por un transductor que no es acto para neonatos la frecuencia es solo pediátrico y no así de neonatos la frecuencia en neonatos es de 4 a 12 Mhz.	08-09-2022	22:19:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V4.	14-09-2022	15:20:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan Transductor sectorial o phased array adulto/pediátrico con ancho de banda de 2 MHz o menor a 4 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad. Sugerimos a la convocante se señale el pedido debido a que la frecuencia que solicita es solo transductor adulto y no es acto para uso en pediatría.	08-09-2022	22:21:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	13-09-2022	13:24:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan Transductor lineal con ancho de banda de 6 MHz o menor a 15 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad. Solicitamos bajar los rangos de frecuencia a estándares para la libre competencia entre oferentes rango de frecuencia estándar en lineal 12 a 3 MHz, y no direccionar a que solo un competidor cumpla con el requerimiento violando todo el derecho de la igualdad y la libre competencia	08-09-2022	22:23:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	13-09-2022	13:24:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Temporizador de 0 a 999 minutos o mayor. Acabar como para que querrian temporizar un proceso con alguna duracion con este tiempo. para cada ciclo ya trae su tiempo preestablecido y los fabricantes a modo de cerrar y hacer un poco diferente sus equipos tratan de imponer este tipo de especificaciones tecnicas sin sentido. de los ciclos de los autoclaves a vapor dificilmente superan los 90 min y mucho menos alcanzarian 16,65 hs de trabajo. solicitamos al departamento tecnico tenga en cuenta que esto dice mucho de la falta de conocimiento tecnico sobre lo solicitado, existen otros parametros mas importantes que este punto. favor eliminar. adjuntamos un modelo con referencia bibliografica que indica los ciclos de esterilizacion	09-09-2022	11:41:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V4.	14-09-2022	15:20:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos a la convocante requiera en la especificaciones tecnicas que la fabrica este habilidad para realizar Fabricación de recipientes a presión bajo norma ASME o Ped de esta forma estariamos asegurando que el el autoclave no implote ni explote en ninguna circunstancia y la misma norma es solicitada en la mayoria de los llamados realizados por el MSPyBS.	09-09-2022	11:48:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	13-09-2022	13:25:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: ciclos de programación entre 121° y 134° (+/- 10°C) solicitamos a la convocante ampliar la especificaciones tecnicas debido a que los ciclos 121 y 134 grados deben ser configurados de diferentes modos, desde el punto de vista tecnico se necesitan ciclos configurados para cumplir ampliamente las necesidades del servicio.(instrumental, tejidos, gomas, liquidos)	09-09-2022	11:55:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El equipo será destinado para ser utilizado en el Servicio de Laboratorio.	12-09-2022	16:06:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice: Sistema de alarmas mediante código de errores o mensajes que indiquen el error. Solicitamos ampliar a Sistema de alarmas audible y visuales mediante código de errores o mensajes que indiquen el error.	09-09-2022	11:59:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V4.	14-09-2022	15:20:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos a la convocante requiera lo siguiente: tanque de agua incorporado al equipo para optimizacion del agua y reutilizacion de la misma, esto se torna amigable al ambiente y evita el uso desmedido de agua destilada. facilita notablemente la utilizacion del equipo. con esto verdaderamente el equipo seria con ciclo de esterilizacion automatizado.	09-09-2022	12:04:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	12-09-2022	16:08:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3 MHz o menor a 9 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad., solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3.0 MHz o menor a 8 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad. Considerando que la diferencia es mínima y no afectará al normal desempeño del equipo, con las mismas funciones del transductor de banda ancha, frecuencias armónicas y profundidad para realizar los estudios cardiológicos pediátricos solicitados. Además los parámetros solicitados son estándar en la mayoría de los equipos de ecografía de comprobada calidad en el mercado paraguayo e internacional, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de obtener una mayor cantidad de oferentes potenciales, sin afectar el desempeño del equipo o la calidad imagen.	09-09-2022	13:21:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	12-09-2022	16:09:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato., Solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de equipos con comprobada calidad en el mercado local e internacional	09-09-2022	13:23:42

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	12-09-2022	16:09:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Garantía escrita valida por 2 años contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega del equipo. Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, stock de repuestos y accesorios. (Vigencia: de 1 año como mínimo otorgado por el fabricante y el año restante carta garantía del proveedor) solicitamos modificar a: Garantía escrita valida por 2 años contra toda falla de diseño y/o fabricación contado a partir de la fecha de entrega del equipo. Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, stock de repuestos y accesorios. La garantía no incluye daños que pudieran sufrir los equipos por errores de utilización, golpes y/o desgastes naturales. (Vigencia: de 1 año como mínimo otorgado por el fabricante y el año restante carta garantía del proveedor). Lo solicitado se debe a que los transductores son considerados como material de desgaste y su garantía se rige por condiciones especiales de cada fabricante, por lo que solicitamos añadir que la garantía no incluye los daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgastes naturales.	09-09-2022	13:26:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	12-09-2022	16:09:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato., Solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de equipos con comprobada calidad en el mercado local e internacional	09-09-2022	13:30:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	12-09-2022	16:10:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la Convocante aumentar los tiempos de entrega de los bienes a por lo menos 120 días, esto debido a que los equipos deben ser importados (en algunos casos desde Europa) y el tiempo de importación más despacho de los equipos demoraría unas 10 semanas como mínimo. Este punto sería la única limitante para la participación de oferentes que cumplen con todas las especificaciones pero les será imposible cumplir con los tiempos de entrega de los equipos.	14-09-2022	14:18:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	16-09-2022	10:01:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por como mínimo 15 días o 5.000 entradas de registros. solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de almacenamiento de eventos de al menos 5 días y con 1000 entradas de registros, permitiendo de esta manera la participación de potenciales oferentes y no a que un solo fabricante cotice en esta licitación	14-09-2022	23:29:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	16-09-2022	10:02:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice Volumen Tidal Bajo ó VTE no alcanzado solicitamos que estos parámetros sean considerados como variables de medición del ventilador y no exclusivamente como variables de alarma. Asi de esta manera se da apertura a la participación de potenciales oferentes y no se limita al cumplimiento de un solo fabricante. Por este motivo solicitamos que el item quede de la siguiente manera: Alarmas de Volumen Tidal Bajo ó VTE, ó Medición de Volumen tidal bajo o VTE.	14-09-2022	23:29:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita la medición y alarmas de los parámetros solicitados. Ajustarse a lo solicitado en las especificaciones técnicas.	16-09-2022	10:04:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega de los ítems, el plazo de entrega de 40 días resulta inaplicable considerando los tiempos de fabricación de estos equipos especializados (6 a 8 semanas aprox), tiempo de transito (2 a 3 semanas) y no menos importante el tiempo de despacho de nuestra aduana (2 a 4 semanas) que normalmente ocupa este tipo de importación. De esta manera se ajusta a tiempos reales actuales y no se beneficiaría solo a aquella empresa que pueda tener estos equipos en su deposito para entrega inmediata. Por lo expuesto y para garantizar la libre competencia solicitamos que el tiempo de entrega mínimo solicitado sea de 90 días luego de la emisión de la orden de compra	14-09-2022	23:30:06
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	16-09-2022	10:05:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Panel de control con pantalla táctil de 8" o monitor táctil (se refiere al monitor del equipo de 15") que permita el manejo interactivo del menú, para acceso a modos de operación, aplicaciones y configuraciones. Teclado alfanumérico táctil o físico que permita la introducción de datos del paciente. Solicitamos a la convocante no direccionar a un solo competidor y dej en opcional este punto para dar mayor participacion de oferentes	14-09-2022	23:39:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.	19-09-2022	09:35:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde solicitan Pantalla táctil secundaria con gestos tipo Tablet o monitor táctil con control de gestos para mejorar la interacción con el equipo, solicitamos a la convocante no direccionar a un solo competidor y permita la libre competencia como lo establece la ley de contrataciones dejando sin efecto este requerimiento	14-09-2022	23:41:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.	19-09-2022	09:35:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Rango dinámico del sistema de 250 dB o mayor. solicitamos permita cotizar con rango dinámico de apartir 170dB de esta forma tendra mayor cantidad de oferentes y este requerimiento no afecta al rendimiento o calidad de Imagen	14-09-2022	23:43:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	16-09-2022	10:05:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos a la convocante requiera en la especificaciones tecnicas que la fabrica este habilidad para realizar Fabricación de recipientes a presión bajo norma ASME o Ped de esta forma estariamos asegurando que el el autoclave no implote ni	15-09-2022	08:19:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.	19-09-2022	09:34:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos a la convocante requiera lo siguiente: tanque de agua incorporado al equipo para optimizacion del agua y reutilizacion de la misma, esto se torna amigable al ambiente y evita el uso desmedido de agua destilada. facilita notablenmente la utilizacion del equipo. con esto verdaderamente el equipo seria con ciclo de esterilizacion automatizado.	15-09-2022	08:28:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito, pero si el equipo cuenta con dicha especificación será aceptado.	16-09-2022	10:07:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: ciclos de programación entre 121° y 134° (+/- 10°C) solicitamos a la convocante ampliar la especificaciones tecnicas debido a que los ciclos 121 y 134 grados deben ser configurados de diferentes modos, desde el punto de vista tecnico se necesitan ciclos configurados para cumplir ampliamente las necesidades del servicio.(instrumental, tejidos, gomas, liquidos) en los servicios de laboratorio como indicaron.	15-09-2022	08:32:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No es un requisito, pero si el equipo cuenta con dicha especificación será aceptado.	16-09-2022	10:07:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice:Indicadores para confirmar el proceso de esterilización. Solicitamos: Indicadores visuales para confirmar el proceso de esterilización mediante curva grafica de la misma.	15-09-2022	08:35:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V5.	19-09-2022	09:34:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
"Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 4 MHz o menor a 9 MHz o mayor.Cantidad: 01 unidad." solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con ancho de banda de rango superior a 8 MHz. El ancho de banda solicitado de 8MHz es suficiente para los estudios cardiológicos solicitados, además de considerar que el transductor a ser ofertado tiene un tamaño reducido para los pacientes pediátricos/neonatales, lo cual permitirá el normal desempeño del equipo y permitirá la participación de oferentes potenciales. El ancho de banda es propio de cada fabricante.	15-09-2022	08:46:28

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	16-09-2022	10:08:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 4 MHz o menor a 9 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad., solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 3.0 MHz o menor a 8 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad. Considerando que la diferencia es mínima y no afectará al normal desempeño del equipo, con las mismas funciones del transductor de banda ancha, frecuencias armónicas y profundidad para realizar los estudios cardiológicos pediátricos solicitados. Además los parámetros solicitados son estándar en la mayoría de los transductores pediátricos/neonatales de comprobada calidad en el mercado paraguayo e internacional, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de obtener una mayor cantidad de oferentes potenciales, sin afectar el desempeño del equipo o la calidad de imagen.	15-09-2022	08:57:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	16-09-2022	10:08:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la Convocante considerar aumentar los tiempos de entrega de los bienes a por lo menos 90 días, resultaría imposible cumplir con los tiempos propuestos por la Convocante, ya que los equipos solicitados deben ser importados. Este punto sería una limitante a la participación de oferentes de equipos que cumplen con lo solicitado en las especificaciones técnicas pero no podrán cumplir con los plazos de entrega.	19-09-2022	12:51:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	20-09-2022	15:31:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 2: Para las normas de calidad, se solicita amablemente a la convocante considerar también el Registro ANVISA, en vez del certificado CE o FDA, en caso de ofertar un autoclave de origen Brasileiro. Puesto que la obtención de dicho certificado elevaría el costo y sobrepasaría el precio referencial estimado	19-09-2022	17:46:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita la presentación de Normas de Calidad Especificas que pueden ser FDA y/o CE y/o Mercosur, como mínimo una de las certificaciones mencionadas.	20-09-2022	15:34:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 2: Se solicita amablemente a la convocante considerar declaraciones de la empresa que indiquen que la misma construye los equipos de acuerdo a las normas ASME o PED; en vez del certificado como tal. Puesto que la obtención de dicho certificado elevaría el costo y sobrepasaría el precio referencial estimado.	19-09-2022	17:47:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.	20-09-2022	15:35:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos poder ofertar equipos con transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 4 MHz o menor a 8 MHz o mayor. La frecuencia solicitada se ajusta a las recomendaciones de la asociación americana de ecocardiología para realizar estudios cardiológicos en niños. Además la mínima diferencia entre lo actualmente solicitado por la Convocante y nuestro pedido de modificación no representa ninguna restricción en la atención del tipo de pacientes a ser examinado ni afecta a la calidad de imagen que se obtendría.	19-09-2022	19:54:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V6.	21-09-2022	07:57:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato., Solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales.	19-09-2022	19:56:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	20-09-2022	15:36:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos a la Convocante aclarar si los transductores, que son elementos sujetos a desgaste natural y que se rigen por condiciones de garantía especiales, deberán ser reemplazados dentro del período de garantía de dos años o su garantía estará sujeta a las condiciones de cada fabricante.	19-09-2022	19:57:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Siempre que el Transductor presente defectos de fabricación, deberá ser reemplazado.	20-09-2022	15:37:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Transductor sectorial o phased array pediátrico/neonatal con ancho de banda de 4 MHz o menor a 9 MHz o mayor. Cantidad: 01 unidad. solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con ancho de banda de 4 MHz o menor a 8 MHz o mayor. El ancho de banda solicitado de 8MHz es suficiente para los estudios cardiológicos solicitados, además de considerar que el transductor a ser ofertado tiene un tamaño reducido para los pacientes pediátricos/neonatales, lo cual permitirá el normal desempeño del equipo y permitirá la participación de oferentes potenciales. El ancho de banda es propio de cada fabricante, el mismo es establecido por la penetración y calidad de imagen necesaria para cada estudio a ser realizado por el equipo, por lo que varía entre las diferentes marcas, por lo que la funcionalidad del transductor no disminuye por esta característica.	19-09-2022	20:21:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V6.	21-09-2022	07:57:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante que considere como opcional los indicadores visuales del proceso de esterilización mediante curva gráfica, ya que existen autoclaves que indican también proceso de esterilización de manera visual, pero por etapas.	21-09-2022	13:38:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.	27-09-2022	12:23:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente a la convocante que el plazo de entrega sea ampliado a 90 días a partir de la emisión de la orden de compra, este pedido obedece a que la cadena logística se encuentra saturada y esto se agrava en fechas cercanas a fin de año.	21-09-2022	14:00:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-09-2022	12:10:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Considerando que las siglas PC-MMV (Ventilación controlada por presión por volumen minuto mandatorio) corresponde a DRAGER y para no dirigir las especificaciones a un fabricante utilizando sus siglas, se solicita que donde: Dice: Ventilación controlada por presión por volumen minuto mandatorio (PC-MMV). Diga: Ventilación controlada por presión por volumen minuto mandatorio o Ventilación controlada por presión por volumen corriente mandatorio.	22-09-2022	07:17:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.	27-09-2022	12:24:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA No todos los fabricantes poseen suspiro en alta frecuencia, generalmente lo poseen los ventiladores basados en sistema Venturi y no todos utilizan Venturi para realizar una ventilación en alta frecuencia. Favor considerar esta solicitud opcional de forma a no limitar los oferentes. Se solicita que donde Dice: Ajustes adicionales de Suspiro y Suspiro para HFO. Diga: Ajustes adicionales de Suspiro y Suspiro para HFO opcional.	22-09-2022	07:17:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.	27-09-2022	12:24:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo también debe presentar los lazos espirométricos de Presión/Flujo y Volumen/Flujo.	22-09-2022	07:17:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán equipos con dicha función.	26-09-2022	12:12:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA De forma a permitir mayor participación de oferentes, se solicita que donde Dice: Congelamiento de pantalla con posibilidad de medición de parámetros mientras esté en este modo. Diga: Congelamiento de pantalla con posibilidad de medición de parámetros mientras esté en este modo o grabación de las curvas y parámetros en pantalla a través de una memoria USB para su posterior análisis en un PC.	22-09-2022	07:18:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		27-09-2022	12:24:42
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Para evitar confusiones y no dirigir las especificaciones, se solicita que donde Dice: Compensación de fugas del volumen corriente (o volumen tidal) fijado. Diga: Compensación de fugas		22-09-2022	07:18:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		27-09-2022	12:24:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Debido a la cantidad de curvas y parámetros solicitados en las especificaciones, se recomienda que la Pantalla gráfica LCD a colores de 15" o mayor. Porque una pantalla de 10es muy pequeña para ver 3 curvas y lazos, además de los parámetros monitorizados en tiempo real.		22-09-2022	07:18:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas se solicita de 10" "o mayor". Se deben poder visualizar las curvas en tiempo real, parametros monitoreados y alarmas.		26-09-2022	12:16:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA De forma a evitar confusiones, se solicita que donde Dice: Calentador/Humidificador compatible para uso con el ventilador de este ítem con sensor de temperatura y cable calentador. Diga: Calentador/Humidificador activo compatible para uso con el ventilador de este ítem con sensores de temperatura y cable calentador para la rama inspiratoria y la rama espiratoria.		22-09-2022	07:19:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		27-09-2022	12:25:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta: Por definición de nebulización es el depósito de partículas aerosolizadas de 1 a 5µm de tamaño para que tenga un efecto terapéutico. Por lo tanto, favor aclarar si el sistema de nebulización debe ser electrónico del tipo micro bomba que debe cumplir con este rango del tamaño de partículas y que no debe modificar el volumen corriente programado del ventilador agregando flujo adicional.		22-09-2022	07:19:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El quipo debe contar con nebulizador sincronizado o nebulizador continuamente externo.		26-09-2022	12:18:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Para evitar confusiones y no dirigir las especificaciones, se solicita que donde Dice: Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por como mínimo 15 días o 5.000 entradas de registros. Diga: Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por como mínimo 15 días o 5.000 entradas de registros o en memoria tipo USB.		22-09-2022	07:20:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones V7.		27-09-2022	12:27:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
De forma a no dirigir las especificaciones al ventilador fabricado por DRAGER se solicita que La compensación automática de caída de presión en tubo endotraqueal o ATC sea considerada OPCIONAL.		22-09-2022	07:20:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		27-09-2022	12:27:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Favor considerar la solicitud: Ventilación controlada por presión para garantizar un volumen minuto mandatorio (PC-MMV) como OPCIONAL porque dirige las especificaciones al ventilador del fabricante Drager		22-09-2022	07:20:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		27-09-2022	12:27:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Favor considerar la solicitud: Ventilación controlada por presión para garantizar un volumen minuto mandatorio (PC-MMV) como OPCIONAL porque dirige las especificaciones al ventilador del fabricante Drager		22-09-2022	07:20:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		27-09-2022	12:28:07

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Para evitar confusiones y no dirigir las especificaciones, se solicita que donde Dice: Medición volumen minuto: - Volumen minuto espiratorio, - Volumen minuto inspiratorio, - Volumen minuto, - Volumen minuto espiratorio mandatorio y/o espontaneo. Diga: Medición volumen minuto: - Volumen minuto espiratorio, - Volumen minuto inspiratorio y lo demás sea considerado opcional o retirado porque es confuso.		22-09-2022	08:17:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		27-09-2022	12:28:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Para evitar confusiones y no dirigir las especificaciones, se solicita que donde Dice: Medición del volumen tidal: - Volumen tidal mandatorio y/o espontaneo,- Volumen inspiratorio tidal,- Volumen espiratorio tidal, (VTE)- Volumen tidal inspiratorio mandatorio y/o espontaneo, - Volumen tidal espiratorio mandatorio y/o espontaneo. Diga: Medición del volumen tidal:- Volumen inspiratorio tidal,- Volumen espiratorio tidal, y lo demás sea considerado opcional o retirado porque es confuso.		22-09-2022	08:17:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		27-09-2022	12:28:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Para evitar confusiones y no dirigir las especificaciones, se solicita que donde Dice: Tiempo de desconexión de alarma (Tdiscon) de 0 a 60 segundos.Diga: Tiempo de desconexión o silencio de alarma de 0 a 60 segundos o mejor.		22-09-2022	08:17:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		27-09-2022	12:28:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita Elastancia o Compliance. Favor aclarar si el equipo debe medir Compliancia Dinámica y Compliancia estática. Y aclarar si debe medir también Elastancia en forma independiente, porque los conceptos de Elastancia, Compliancia Dinámica y Estática son diferentes, favor verificar.		22-09-2022	08:26:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El equipo debe contar con la medición de Elastancia o Compliance o ambos.		26-09-2022	12:20:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA Se consulta si el equipo debe medir la relación entre el volumen tidal espirado y el pedo corporal.		22-09-2022	08:27:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aceptarán equipos con dicha medición.		26-09-2022	12:21:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CONSULTA En las especificaciones se solicita Resistencia de las vías aéreas del paciente o resistencia. Favor aclarar si el equipo debe medir la Resistencia inspiratoria y la Resistencia respiratoria de las vías aéreas, que son parámetros muy utilizados en patologías pulmonares restrictivas.		22-09-2022	08:27:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El equipo debe contar con la función de medir la resistencia de las vías aéreas.		26-09-2022	12:30:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante que considere como opcional los indicadores visuales del proceso de esterilización mediante curva gráfica, ya que existen autoclaves que indican también proceso de esterilización de manera visual, pero por etapas		22-09-2022	08:32:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		27-09-2022	12:29:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto donde dice Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias por como mínimo 15 días o 5.000 entradas de registros. solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con capacidad de almacenamiento de eventos de al menos 5 días y con 1000 entradas de registros, permitiendo de esta manera la participación de potenciales oferentes y no a que un solo fabricante cotice en esta licitación		22-09-2022	08:55:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Dirigirse al Pliego de Bases y Condiciones V7.		27-09-2022	12:29:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En donde dice Volumen Tidal Bajo ó VTE no alcanzado solicitamos que estos parámetros sean considerados como variables de medición del ventilador y no exclusivamente como variables de alarma. Así de esta manera se da apertura a la participación de potenciales oferentes y no se limita al cumplimiento de un solo fabricante. Por este motivo solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Alarmas de Volumen Tidal Bajo ó VTE, ó Medición de Volumen tidal bajo o VTE.		22-09-2022	08:57:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas ya se encuentran detalladas tal como se solicita modificar.		26-09-2022	12:37:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la Convocante Incluir las características dentro de los requerimientos técnicos del equipo. - Posibilidad de Incorporar a futuro adquisición volumétrica 4D transesofágica con las siguientes capacidades: Adquisición de Volumen 4D Transesofágico completo sin necesidad de conexión a ECG. Modo triplanar tiempo real con doppler tisular color en la sonda transesofágica 4D. 4D Doppler color con técnicas de sombreado e iluminación para percepción definida de chorro regurgitante central sin ser oscurecido por flujo periférico. Software de cuantificación automática de ventrículo izquierdo en 4D con curva de volumen. Análisis automático 4D del tracto salida Ventrículo Izquierdo que obtenga dimensiones mínimas, medias y máximas para selección de dispositivos tipo TAVI. Software para el análisis cuantitativo del movimiento de las paredes del VI STRAIN con cálculos de strain longitudinal y circunferencial: Sugerimos: Análisis de Ventrículo Izquierdo de Strain Longitudinal, que permita eliminación de segmentos individuales por dificultad técnica, con análisis de todo el grosor miocárdico, con medición de FE del VI en el mismo proceso. Cálculo de Strain Global con despliegue de Ojo de Buey. Sugerimos: Análisis de Ventrículo Derecho de Strain Longitudinal, que permita eliminación de segmentos individuales por dificultad técnica, con análisis de todo el grosor miocárdico, con medición de TAPSE Análisis de Aurícula Izquierda de Strain Longitudinal 2CH y 4CH.		22-09-2022	08:59:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.		26-09-2022	12:38:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION. Plan de entrega de los Bienes, dice: 40 (cuarenta) días corridos a partir de la firma del Contrato. Solicitamos Respetuosamente al convocante que este punto quede de la siguiente manera: 90 (noventa) días corridos a partir de la firma del Contrato.		28-09-2022	07:58:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		30-09-2022	14:15:22

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - RUC: 80107939-0		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508054561-END.:000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	06-09-2022	09-09-2022	27-01-2023
1508054561-END.:001/002	Endoso de Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	05-10-2022	06-10-2022	23-02-2023
Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2	
PÓLIZA N°: 1508054827 - END.: 000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	06-10-2022	06-10-2022	04-04-2023

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3	
1508054829	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A	06-10-2022	07-10-2022	14-02-2023
Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC: 80002379-0					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4			
1508019735	Póliza	Aseguradora Paraguaya S.A.E.C.A.	05-10-2022	06-10-2022	05-03-2023
Oferente: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - RUC: 80006779-7					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5			
1508054804/000	Póliza	LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS	05-10-2022	06-10-2022	23-02-2023
Oferente: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80072821-1					
Categoría: Mediana		Nro. Oferente: 6			
1508005961	Póliza	Royal Seguros S.A.	06-10-2022	07-10-2022	17-02-2023
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7			
1508007929	Póliza	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	06-10-2022	06-10-2022	05-03-2023
Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 8			
1508054835 - END.: 000,	Póliza	La Consolidad de Seguros	06-10-2022	06-10-2022	14-05-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42181716-002	Ecocardiografo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	VINNO	Vinno Technology (Suzhou) Co. Ltd.	VINNO 6	CHINA	Ecocardiografo	279.800.000	279.800.000
IMESE S.A. - 80016426-1	ESAOTE	ESAOTE SPA	MyLAB SIGMA	ITALIA	ECOCARDIOGRAFO	370.000.000	370.000.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	SIEMENS Healthineers	Siemens Medical Solutions USA, Inc.	ACUSON P500	República de Corea/EEUU	Ecocardiografo	416.000.000	416.000.000

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	General Electric	General Electric	Vivid iQ Premiun	China	Ecocardiografo	600.000.000	600.000.000
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	-------	----------------	-------------	-------------

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42281508-002	Autoclave de esterilizacion					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	PHOENIX LUFERCO	PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA.	AVP-75	BRASIL	Se adjunta Planilla de Especificaciones Técnicas. -	120.000.000	120.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	SHINVA	SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	LMQ.C-80E	CHINA	Autoclave de esterilizacion	64.700.000	64.700.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	BIOBASE	BIOBASE BIODUSTRY (SHANDONG) Co., Ltd.	BKQ-B75II	CHINA	Autoclave de esterilizacion	133.617.000	133.617.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42272207-001	Ventilador pulmonar de alta frecuencia					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	GETINGE/ MAQUET	GETINGE/ MAQUET	SERVO-N	SUECIA	Ventilador pulmonar de alta frecuencia	390.000.000	780.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	ACUTRONIC	ACUTRONIC MEDICAL SYSTEMS AG	FABIAN HFO	SUIZA	Ventilador pulmonar de alta frecuencia	502.064.485	1.004.128.970

Beneficio MyPIMES

2 - Autoclave de esterilizacion

Oferente	Precio	Fecha	Hora
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	59.700.000	07-10-2022	09:44:26.254

Listado General de todas las Ofertas

1 - Ecocardiografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	200.000.000	07-10-2022	09:29:45.203	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	941344dee4892099e9f68e12cb62a426	
IMESE S.A. - 80016426-1	200.400.000	07-10-2022	09:29:49.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a295c9cee699bdd6b644e1b0542b11131	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	200.500.000	07-10-2022	09:29:33.597	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72fbd72e4a81843df9885e8e38ce626	
IMESE S.A. - 80016426-1	200.900.000	07-10-2022	09:29:24.160	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d61102500b3b38d4539c6b2a61620aec	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	201.500.000	07-10-2022	09:29:03.883	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a89a13c35802c4cfa69f8d00ed9fc342	
IMESE S.A. - 80016426-1	202.400.000	07-10-2022	09:28:57.961	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99f6c3400d56229fb6523b9d2253127c	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	202.500.000	07-10-2022	09:28:45.950	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df18fdf503cd5ac6dcab70a1e566e99	
IMESE S.A. - 80016426-1	203.100.000	07-10-2022	09:28:36.607	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ecec6adc38d62e9f75b56c346643a85a	

Listado General de todas las Ofertas

TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	203.500.000	07-10-2022	09:28:25.548	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77aa99e2f65e7ab662d369d80620862b	
IMESE S.A. - 80016426-1	204.000.000	07-10-2022	09:28:14.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	946c1abd44e49e729ec87a02ec5f814b	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	204.500.000	07-10-2022	09:28:07.975	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1f48af1f1f87e7a58c69eea9dff30b5	
IMESE S.A. - 80016426-1	205.000.000	07-10-2022	09:27:52.279	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d3a317f0f293855b8c8dfff6d08b0f9	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	206.000.000	07-10-2022	09:27:42.705	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9e527cb183681c08a7c33cda02d3e43	
IMESE S.A. - 80016426-1	207.000.000	07-10-2022	09:27:31.234	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	982524c34fee851fa24572596ecc3619	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	208.000.000	07-10-2022	09:27:22.726	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	435f6f9be0fadd869535b998de6908b9	
IMESE S.A. - 80016426-1	209.000.000	07-10-2022	09:27:11.179	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c91059f751f18c57d778657cdb8a46f	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	210.000.000	07-10-2022	09:27:01.050	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1cb5bb206d426f59cf3ab1d44a273b4	
IMESE S.A. - 80016426-1	211.000.000	07-10-2022	09:26:50.716	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a840782947d2d598bae76d192201d4d0	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	212.000.000	07-10-2022	09:26:39.078	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	922ca4afc65705f8977ea2d82a25e089	
IMESE S.A. - 80016426-1	213.000.000	07-10-2022	09:26:30.687	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32c7d7682a9914a5e70373028af970dd	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	214.000.000	07-10-2022	09:26:19.517	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1842e087463ac94e6446430b2bbdf582	
IMESE S.A. - 80016426-1	215.000.000	07-10-2022	09:26:07.619	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3498218d1c8045b1b7fb3c4b1b352f3f	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	216.000.000	07-10-2022	09:26:00.943	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54fdecc83c585e960411b3d56d49c901	
IMESE S.A. - 80016426-1	218.000.000	07-10-2022	09:24:56.801	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	525b49aba4b4ba3bf75a4736d77dfbc9	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	219.000.000	07-10-2022	09:24:49.757	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52ddaf053cb711e639d0a71e17cee359	
IMESE S.A. - 80016426-1	220.000.000	07-10-2022	09:24:38.475	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5051f232867ffacac95298b63535425	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	224.000.000	07-10-2022	09:24:27.245	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d54c88e5fc7446c3a133382b6d0315f6	
IMESE S.A. - 80016426-1	225.000.000	07-10-2022	09:24:15.136	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4cc6cbb3a438149696b6a503d406ed5	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	226.000.000	07-10-2022	09:24:09.752	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e31750f06a91f15a8b09c9dc9de12c99	
IMESE S.A. - 80016426-1	227.000.000	07-10-2022	09:23:59.272	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01cafc6954f01561698380e6253a5e09	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	228.000.000	07-10-2022	09:23:50.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a596ed195e325c3ed6bd3becb37b678a	

Listado General de todas las Ofertas

IMESE S.A. - 80016426-1	230.000.000	07-10-2022	09:23:32.508	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b7475b77ffb859081cee06177323add	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	242.000.000	07-10-2022	09:23:18.530	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5cbeabb55f02c47e7d2acefe89388315	
IMESE S.A. - 80016426-1	244.000.000	07-10-2022	09:23:13.096	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a45fccf05d83acdd376ea35b70d17cde	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	244.000.000	07-10-2022	09:23:13.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba3a5530c594ddd108ff6096e837d3bf	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	246.000.000	07-10-2022	09:22:59.818	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9d6cb1a976e01e773f4cbe4e1e4ad83	
IMESE S.A. - 80016426-1	246.000.000	07-10-2022	09:23:03.826	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a9345877e44f8989c1631288fa2e1f5	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	247.000.000	07-10-2022	09:22:55.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb2a5db3cc03523b6a67071dc6c1e829	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	248.000.000	07-10-2022	09:22:49.468	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6906cdd0a72e8da98773ecd76c049eb7	
IMESE S.A. - 80016426-1	249.000.000	07-10-2022	09:22:44.689	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9bf42fe2ab30315bdbb8734cfea94240	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	250.000.000	07-10-2022	09:22:29.912	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3f22f793d5d0b355fa1715ba507f8ae	
IMESE S.A. - 80016426-1	250.000.000	07-10-2022	09:22:36.779	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b06a9dcccfc0e3b4702047c9428612b6b	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	253.000.000	07-10-2022	09:22:25.805	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc0392766b1b24b15b180e0833f878b4	
IMESE S.A. - 80016426-1	256.000.000	07-10-2022	09:22:20.357	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40dcea219eefa137717a86ff28d08ef0	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	256.000.000	07-10-2022	09:22:20.756	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d0c7c81d3ddeed8bbdf5174c5be40e0	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	258.000.000	07-10-2022	09:22:13.293	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96037527629d8e602507d2e31dd3325a	
IMESE S.A. - 80016426-1	259.000.000	07-10-2022	09:22:03.464	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f232a8de7d6282fea0db3434609293e	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	259.000.000	07-10-2022	09:22:08.042	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ee5fb7e37aae6b06a7244a8b5be3e40	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	260.000.000	07-10-2022	09:21:57.033	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0c08f3c9a775ce48dc79dec78d40174	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	262.000.000	07-10-2022	09:21:51.465	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8acde8bc15f11038aa9608836fc30fe7	
IMESE S.A. - 80016426-1	263.000.000	07-10-2022	09:21:42.024	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd24987e15dc090902801d87acaaa86f	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	264.000.000	07-10-2022	09:21:41.984	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79ab0b8466b9b04efb9c82bdb3a22aa5	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	266.000.000	07-10-2022	09:21:35.016	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25e188cab1fc9f96cbbf80156c196546	

Listado General de todas las Ofertas

IMESE S.A. - 80016426-1	267.000.000	07-10-2022	09:21:33.825	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c31d60aa213fd9c9c611c860191e1cd8	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	268.000.000	07-10-2022	09:21:26.095	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3086a375a859c2ef8d24029725fa8d61	
IMESE S.A. - 80016426-1	270.000.000	07-10-2022	09:21:13.239	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61e11a0c7e669a49588498e3ed78ae27	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	272.000.000	07-10-2022	09:21:13.651	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	485a045a822d3ccb6d5e61511ccb87f1	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	274.000.000	07-10-2022	09:21:04.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78a932d11a6b6ad5eaffc2b11282bc62	
IMESE S.A. - 80016426-1	275.000.000	07-10-2022	09:20:50.740	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	caacd242ecb6cd120335d604788b5f2d	
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	279.800.000	07-10-2022	09:02:07.720	Propuesta
		Código Verificador:	67a41ef846c2ffd9800a2a63e1463c87	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	300.000.000	07-10-2022	09:23:19.920	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2d6e466a1c10462edd5acd45afe2611	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	310.000.000	07-10-2022	09:21:53.885	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	993326a67d0732c750e1e8fa36ee3c93	
IMESE S.A. - 80016426-1	370.000.000	07-10-2022	09:02:07.721	Propuesta
		Código Verificador:	5dbe3ea5aed4dfe6e84e62231c6dde2f	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	415.900.000	07-10-2022	09:21:30.969	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f95340e5365f7c454824136d5e895076	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	416.000.000	07-10-2022	09:02:07.721	Propuesta
		Código Verificador:	3581acd311b4749214869281ca9d9b92	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	600.000.000	07-10-2022	09:02:07.719	Propuesta
		Código Verificador:	1c16d6c90ffcb2ceb4704531f6e08c0	

2 - Autoclave de esterilizacion

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	59.700.000	07-10-2022	09:44:26.254	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	fe9d4877714055b966f0c67c66395f97	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	59.750.000	07-10-2022	09:43:27.071	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	572781a7d2efcd8dbfd42824bf488914	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	60.000.000	07-10-2022	09:43:57.974	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a13df047a615b2163aa4facb195b34b3	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	64.700.000	07-10-2022	09:02:07.791	Propuesta
		Código Verificador:	516c93f01cf60e35a00e0133a803d081	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	90.000.000	07-10-2022	09:43:28.821	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7047bdb81a3b609ebbeb4ec6de5260fe	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	95.000.000	07-10-2022	09:43:04.010	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ddc1874dcbda1e5eb7d1aedb688c7e5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	100.000.000	07-10-2022	09:40:55.573	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	283d60de3adb6901ff229c7d59a9f19a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	120.000.000	07-10-2022	09:02:07.789	Propuesta
		Código Verificador:	f90a78a5116ad991fa4eff27b4733843	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	133.617.000	07-10-2022	09:02:07.791	Propuesta
		Código Verificador:	9d67331039dd42c1eab6cf2206314255	

3 - Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	665.900.000	07-10-2022	09:54:31.132	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	36407d7a7671deb7383616e74f0d0445	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	689.000.000	07-10-2022	09:54:11.136	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd764227993c2f75af6b01480134f8fd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	690.900.000	07-10-2022	09:53:46.908	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aae7a5ced8b29c7c6909c2ba33c7bc4f	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	750.000.000	07-10-2022	09:52:27.840	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e97ea7f03043958c28337d4b4c4fd46	
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	780.000.000	07-10-2022	09:02:07.832	Propuesta
		Código Verificador:	c9f8c16c44eb99cb217ef35f26e64241	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.004.128.970	07-10-2022	09:02:07.831	Propuesta
		Código Verificador:	d8e01ae0e252b0534d9d1566081cda23	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Ecocardiografo

Oferente	Mejor Precio
TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80107939-0	200.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	200.400.000
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	300.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	415.900.000

2 - Autoclave de esterilizacion

Oferente	Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	59.700.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	59.750.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	90.000.000

3 - Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	665.900.000
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - 80006779-7	689.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
3 - Ventilador pulmonar de alta frecuencia	665.900.000

Proveedor: 80072821-1 - ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

Item	Precio Ganador
2 - Autoclave de esterilizacion	59.700.000

Proveedor: 80107939-0 - TECHMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Item	Precio Ganador
1 - Ecocardiografo	200.000.000

Listado de Mensajes

1 - Ecocardiografo

Listado de Mensajes

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-10-2022	09:10:48.449
Buenos días, comenzamos la Subasta.	07-10-2022	09:10:51.712
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	07-10-2022	09:12:18.456
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-10-2022	09:12:21.844
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-10-2022	09:14:36.374
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-10-2022	09:14:38.368
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-10-2022	09:20:38.628
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-10-2022	09:30:01.700
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-10-2022	09:30:01.757

2 - Autoclave de esterilizacion

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-10-2022	09:32:21.460
Continuamos con la Subasta.	07-10-2022	09:32:26.532
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	07-10-2022	09:32:30.616
Señores esperamos mejores ofertas.	07-10-2022	09:32:33.883
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	07-10-2022	09:32:37.564
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-10-2022	09:33:54.077
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-10-2022	09:33:56.517
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-10-2022	09:39:56.694
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-10-2022	09:44:01.015
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	07-10-2022	09:44:01.091
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	07-10-2022	09:44:01.091
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-10-2022	09:44:26.269

3 - Ventilador pulmonar de alta frecuencia

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-10-2022	09:45:34.253
Continuamos con la Subasta.	07-10-2022	09:45:37.814
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	07-10-2022	09:45:50.592
Señores esperamos mejores ofertas.	07-10-2022	09:45:54.521
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-10-2022	09:45:55.116
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-10-2022	09:45:57.582
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-10-2022	09:51:57.745
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-10-2022	10:00:17.882
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-10-2022	10:00:17.924

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.