

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 417654

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:13 del día 23/11/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 417654 - ADQUISICIÓN DE ECÓGRAFOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL de la Institución:

Código Verificador: 0fc7873b21afd520dfa6b46c882187e1

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Sub-UOC:	Instituto Nacional del Cancer - Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1431

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado. Solicitamos cite lo siguiente: NORMATIVAS: Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Normas de calidad generales: ISO 13485. esto se debe a que la mayoría de las fabricas obtienen estos documentos por la totalidad de las familias de dispositivos medicos. esta solicitud no evita que se onbtengan equipos con dichas certificaciones y no afecta sustancialmente al llamado permitiendo asi la participacion de potenciales oferentes	17-10-2022	08:01:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	10:48:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones, bases de datos internas de pacientes. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el modo de la revisión de dichas imágenes. Sugerimos la aclaración de la siguiente manera Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones de imágenes, en tiempo real en modo congelado. De esta manera evitar cualquier confusión en el requerimiento.	17-10-2022	08:20:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	10:48:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 1 Donde dice Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones, bases de datos internas de pacientes. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el modo de la revisión de dichas imágenes. Sugerimos la siguiente manera Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones de imágenes, en tiempo real en modo congelado. De esta manera evitar cualquier confusión en el requerimiento.	17-10-2022	08:21:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	10:48:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Item 2 Ecografo portátil de Anestesia Donde dice Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones, bases de datos internas de pacientes. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el modo de la revisión de dichas imágenes. Sugerimos la aclaración de la siguiente manera Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones de imágenes, en tiempo real en modo congelado. De esta manera evitar cualquier confusión en el requerimiento.	17-10-2022	08:22:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	10:49:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 3 Ecografo Modular Donde dice Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones, bases de datos internas de pacientes. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el modo de la revisión de dichas imágenes. Sugerimos la aclaración de la siguiente manera Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones de imágenes, en tiempo real en modo congelado. De esta manera evitar cualquier confusión en el requerimiento.	17-10-2022	08:23:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	10:49:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 Ecografo portátil intraoperatorio Donde dice Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones, bases de datos internas de pacientes. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el modo de la revisión de dichas imágenes. Sugerimos la aclaración de la siguiente manera Software con capacidad para revisión de imágenes estáticas, reportes, mediciones e impresiones de imágenes, en tiempo real en modo congelado. De esta manera evitar cualquier confusión en el requerimiento.	17-10-2022	08:27:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	10:49:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: "Demostrar la experiencia en provisión de EQUIPOS MÉDICOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICOS a través de copias de Contratos y/o Facturaciones de Ventas por un 30% (TREINTA por ciento) como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, en los siguientes años: 2019,2020 y 2021 en promedio. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Solicitamos a la Convocante establecer como requisito de Experiencia, que el oferente demuestre por medio de Contratos y/o Facturas la provisión de equipos médicos y/o dispositivos médicos "de la misma naturaleza que los ítems ofertados en el proceso de licitación", a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: (2019 2020 2021) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.	17-10-2022	14:15:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	10:51:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida en la provisión de equipos médicos y/o dispositivos "médicos de la misma naturaleza que los ítems ofertados en este proceso de licitación."	17-10-2022	14:15:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	10:51:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: "5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. (**)" Se solicita a la Convocante excluir este requisito en vista a que la Ley se encuentra derogada.-	17-10-2022	14:16:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	10:51:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o almacenamiento Vigente según corresponda, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración del contrato. Se solicita a la Convocante que se acepten las constancias en trámite de renovación del documento, pues el procedimiento está teniendo bastante retraso, estando pendientes de emisión solicitudes de incluso tres meses atrás. -	17-10-2022	14:17:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	10:52:09
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: ...//... O en caso de que el Comité Evaluador requiera la presentación al momento de realizar la evaluación de las ofertas presentadas, conforme al plazo establecido por el mismo.... Se solicita a la Convocante excluir este requisito ya que se tratan de Equipos Médicos que son fabricados sobre pedido y no se encuentran en stock, por lo que es de cumplimiento imposible que sea solicitada la fabricación, siendo un gasto demasiado alto para el oferente, para el solo efecto de someterse a pruebas e inspecciones sin haberse adjudicados los ítems.-	17-10-2022	14:18:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:02:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes licitados, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación con la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados.Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente: Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $P = (Po \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (Po \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ Donde; P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.-	17-10-2022	14:18:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 el PBC.	26-10-2022	11:04:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la página 50 del PBC, establece El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: Cero coma uno por ciento (0,01%) del valor del bien o servicio en demora, por cada día de atraso. Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de multa por cada día de atraso en la entrega de bienes adjudicados sea de 0,001. Pedimos equidad y que el porcentaje sea el mismo al que es aplicado como se indica en caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: Cero coma cero cero uno (0,001) del monto en mora por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo.	17-10-2022	14:19:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:14:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece que el Proveedor deberá presentar entre otras documentaciones para solicitar el pago: Acta de Recepción Final, debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los Servicios. Se consulta a la Convocante el plazo en el cual será emitida el Acta de Recepción y especificar los firmantes de la recepción de los bienes (no del servicio).-	17-10-2022	14:19:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:14:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece que el Proveedor deberá presentar entre otras documentaciones para solicitar el pago: Copia del Contrato y Adendas si las hubiere Se solicita a la Convocante la exclusión de este requisito, pues tanto el PBC como sus adendas son documentos que se encuentran digitalizados en el Portal de Contrataciones Públicas, pudiendo ser estos observados allí sin necesidad de ser impresos, teniendo en cuenta en principio de sustentabilidad de las compras públicas.-	17-10-2022	14:20:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:15:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de: 20 (veinte) días corridos. Se consulta a la Convocante si el plazo para la solicitud del pago de anticipo se empezará a computar desde la firma del contrato?	17-10-2022	14:20:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:15:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante definir el responsable de realizar las adecuaciones eléctricas necesarias como ser tomas eléctricas con sistema de puesta a tierra para el funcionamiento de cada equipo.	17-10-2022	16:12:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:15:41

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes" solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco duro (SSD) de al menos 500 GB o mejor" El disco rígido HDD de 1 tera bytes limita innecesariamente la participación de potenciales oferentes, ya que esta característica se encuentra presente en la actualidad, en muy pocos modelos disponibles en el mercado. Además con un disco duro SSD se obtiene menor consumo, en cuanto a la durabilidad las celdas pueden reescribirse un número limitado de veces, es además más silencioso por no tener partes móviles, no es afectado por el magnetismo (por lo que no se eliminan los datos por efectos del mismo) y no puede dañarse con movimientos, pues no posee partes mecánicas como el disco rígido HDD.	17-10-2022	17:19:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:16:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Al menos 1 (un) o 2 (dos) puerto activo, para conexión de transductores. Con 1 módulo de expansión para conexión de 3 o 4 transductores intercambiables por aplicación en línea sin necesidad de desconexión." Solicitamos a la convocante que el módulo de expansión sea opcional debido a que esta característica encarece significativamente el costo del equipo, superando ampliamente el precio referencial establecido para esta licitación.	17-10-2022	17:20:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:16:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." Solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Lineal o hanafy lens para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado nacional e internacional.	17-10-2022	17:20:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:16:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes: 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo., Solicitamos amablemente a la convocante modificar a "Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional, el cual por las situaciones mundialmente conocidas están con retrasos en logística, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener mayor cantidad de oferentes potenciales.	17-10-2022	17:21:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:28:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "El periodo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente: Garantía escrita por 1 (un) año como mínimo, con Servicio Técnico ante cualquier falla incluyendo repuestos y/o materiales necesarios para su funcionamiento" solicitamos a la convocante aclarar si el plazo es de un año pues entre las características solicitadas en los ítems 1, 2, 3 y 4 solicitan: "Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo."	17-10-2022	17:22:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:35:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 3, solicitamos a la convocante considerar un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI o UPS) del tipo online de manera a proteger el equipo ante variaciones de voltaje, de acuerdo a los requerimientos del fabricante.	17-10-2022	20:43:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:36:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante aclarar las horas de capacitación necesarias para cada ítem, considerando que 16 hs es más que suficiente para capacitar al personal médico y biomédico para el uso, limpieza y cuidado de cada ecógrafo.	17-10-2022	20:46:51

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:36:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2 "Donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes" solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco duro (SSD) de al menos 500 GB o mejor" El disco rígido HDD de 1 tera bytes limita innecesariamente la participación de potenciales oferentes, ya que esta característica se encuentra presente en la actualidad, en muy pocos modelos disponibles en el mercado. Además con un disco duro SSD se obtiene menor consumo, en cuanto a la durabilidad las celdas pueden reescribirse un número limitado de veces, además es más silencioso por no tener partes móviles, no es afectado por el magnetismo (por lo que no se eliminan los datos por efectos del mismo) y no puede dañarse con movimientos, pues no posee partes mecánicas como el disco rígido HDD. "	17-10-2022	20:52:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:37:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 2 Donde dice "Al menos 1 (un) o 2 (dos) puerto activo, para conexión de transductores. Con 1 módulo de expansión para conexión de 3 o 4 transductores intercambiables por aplicación en línea sin necesidad de desconexión." Solicitamos a la convocante que el módulo de expansión sea opcional debido a que esta característica encarece significativamente el costo del equipo, superando ampliamente el precio referencial establecido para esta licitación.	17-10-2022	20:53:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:37:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." Solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Lineal o hanafy lens para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado nacional e internacional.	17-10-2022	20:58:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:39:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4 donde dice: "Descripción: Equipo de ultrasonido digital modular Doppler color" solicitamos a la convocante aclarar si el equipo que precisan es un equipo modular o un portátil pues arriba de este punto se menciona también en la descripción "Equipo de ultrasonido digital Doppler color, portátil para aplicaciones generales"	17-10-2022	21:18:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:40:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 4 Donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes" solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco duro (SSD) de al menos 500 GB o mejor" El disco rígido HDD de 1 tera bytes limita innecesariamente la participación de potenciales oferentes, ya que esta característica se encuentra presente en la actualidad, en muy pocos modelos disponibles en el mercado. Además con un disco duro SSD se obtiene menor consumo, en cuanto a la durabilidad las celdas pueden reescribirse un número limitado de veces, es además más silencioso por no tener partes móviles, no es afectado por el magnetismo (por lo que no se eliminan los datos por efectos del mismo) y no puede dañarse con movimientos, pues no posee partes mecánicas como el disco rígido HDD.	17-10-2022	21:27:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:41:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice:"Trandsductor intra-operatorio de peso ligero tipo Hockeystick L de 5.0 MHz a 12.0 Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante subir el rango superior a 16 Mhz o mayor.	17-10-2022	21:40:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:42:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem 4 donde dice: "Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." Solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Lineal o hanafy lens para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado nacional e internacional.	17-10-2022	21:44:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:44:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 3, donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes" solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco duro (HDD o SSD) de al menos 500 GB o mejor" debido a que el disco rígido (HDD) de 1 TB limita innecesariamente la participación de potenciales oferentes, por encontrarse presente en muy pocos modelos disponibles en el mercado en la actualidad.	17-10-2022	22:20:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:45:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Pantalla monitor color con tecnología LED de grado medico de al menos 19 pulgadas medidas diagonalmente. Con ajuste de altura (0 a 18cm), ángulo, y rotación de -90° a +90°" solicitamos a la convocante modificar a "Pantalla monitor color con tecnología LED de grado medico de al menos 19 pulgadas medidas diagonalmente. Con ajuste de altura (0 a 18cm), ángulo, y rotación de -80° a +80°" lo solicitado constituye una característica meramente constructiva que no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional	17-10-2022	23:50:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:45:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 3, donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes" solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco duro (HDD o SSD) de al menos 500 GB o mejor" debido a que el disco rígido (HDD) de 1 TB limita innecesariamente la participación de potenciales oferentes, por encontrarse presente en muy pocos modelos disponibles en el mercado en la actualidad.	17-10-2022	23:51:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:46:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice:"Rango dinámico de al menos 300 dB" solicitamos a la convocante permitir ofertar equipos con "Rango dinámico de al menos 260 dB o mayor" a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales	17-10-2022	23:51:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:46:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Al menos 4 (un) puerto activo, para conexión de transductores" solicitamos a la convocante aclarar la cantidad de puertos necesarios para la conexión de transductores, si es 1 (una) unidad o 4 (cuatro) unidades.	17-10-2022	23:52:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:46:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice:"Debe poseer interfaz RS232, salida de audio, salida de video" solicitamos a la convocante modificar a "Debe poseer interfaz RS232 (Opcional), salida de audio, salida de video" a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.	17-10-2022	23:52:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	11:47:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice:"Guia de Aguja mejorada para guía de biopsia" solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que el mismo encarece significativamente el costo del equipo, superando ampliamente el costo referencial establecido en el PBC.	17-10-2022	23:53:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		26-10-2022	11:47:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice:"Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes y en anestesia con ancho de banda de 5.0 MHz a 14.0 Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante permitir ofertar "Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y pequeñas partes y en anestesia con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 10.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.		17-10-2022	23:55:55
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		26-10-2022	11:47:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice:"Transductor Convexo con un ancho de banda de 2.0MHz a 5.5 MHz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." solicitamos a la convocante permitir ofertar "Transductor Convexo con un ancho de banda de 2.0MHz o menor a 5 MHz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.		17-10-2022	23:56:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		26-10-2022	11:48:13
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice:"Transductor Endocavitario 5.0MHz a 14.0 Mhz Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante permitir ofertar "Transductor Endocavitario 5.0MHz o menor a 10.0 Mhz o mayor Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.		17-10-2022	23:56:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		26-10-2022	11:55:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice:"Transductor sectorial 2.5 a 5.0 Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante poder ofertar equipos con "Transductor sectorial 2.0 MHz o menor a 4.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.		17-10-2022	23:57:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		26-10-2022	11:56:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice:"Carro de transporte de la misma marca del equipo con sistema de anclaje y soporte para transductores" solicitamos a la convocante eliminar este punto, pues el carro de transporte es solo para ecógrafos portátiles.		17-10-2022	23:57:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		26-10-2022	11:56:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice:"Posibilidad de agregarle opción de examen cardiológico" solicitamos a la convocante que dicho punto sea obligatorio debido a que solicitan transductor cardiológico.		17-10-2022	23:57:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		26-10-2022	11:56:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita la posibilidad de ofertar almacenamiento en discos de estado sólido, por ser más eficientes que los discos duros.		18-10-2022	07:43:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.		26-10-2022	11:57:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita la posibilidad de ofertar almacenamiento en discos de estado sólido, por ser más eficientes que los discos duros.		18-10-2022	07:44:04
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	12:08:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita admitir el rango dinámico de 265dB o más.	18-10-2022	07:45:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	12:08:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita admitir pantallas de 12 o más. A modo de contar con la mayor cantidad de ofertas técnicas y económicas y no limitar la participación de potenciales oferentes.	18-10-2022	07:46:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	12:09:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita la posibilidad de ofertar almacenamiento en discos de estado sólido, por ser más eficientes que los discos duros.	18-10-2022	07:48:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	12:09:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita admitir el rango dinámico de 265dB o más.	18-10-2022	07:48:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	12:10:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita la posibilidad de cotizar sondas lineales.	18-10-2022	07:49:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:06:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita admitir SSD integrados de 512 o la posibilidad de expandir la capacidad con una memoria externa	18-10-2022	07:50:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:07:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Brazo de monitor: Se solicita admitir que la sumatoria de ángulos de movimiento sea de 180° y el ajuste de altura hasta 15cm	18-10-2022	07:50:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:08:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita admitir 4 puestos USB distribuidos. A modo de no limitar la participación de potenciales oferentes.	18-10-2022	07:52:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:09:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo. Solicitamos a la convocante muy amablemente que la entrega de todos los bienes sean 120 días posteriores a la recepción del anticipo. esto es debido a los problemas de logística que existen	18-10-2022	07:52:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 el PBC.	26-10-2022	14:09:18
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita admitir salida RJ45. A modo de contar con mayor cantidad de propuestas técnicas.	18-10-2022	07:52:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:09:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita admitir transductores lineales con rango de 4 o menor a 13 o mayor. Se solicita admitir sondas endocavitarias de 4 o menor a 10 o mayor. Se solicita admitir sonda sectorial de 1.7 o menor a 4 o mayor. Se solicita admitir sonda volumétrica de 2.5 o menor a 5 o mayor. A modo de no limitar la participación de potenciales oferentes.	18-10-2022	07:55:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:10:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado, Solicitamos a la convocante omitir E e indicar marca y modelo del equipo ofertado ISO 13485 Certifica a la fábrica y no al modelo de los equipos	18-10-2022	07:56:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:10:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes. Solicitamos a la convocante permita cotizar almacenamiento rígido de al menos 500 GB esto no haría diferencia en la calidad de imagen o la flujo de trabajo, si dará oportunidad a mayor cantidad de oferentes potenciales	18-10-2022	07:59:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:10:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan Rango dinámico de al menos 280 dB. Solicitamos muy amablemente a la convocante que permita cotizar equipos de 170 dB en adelante así dará mayor oportunidad de participación a oferentes potenciales	18-10-2022	08:01:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:11:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante cuanto sigue: 1- Admitir monitor de 14 o más 2- Admitir mando de control totalmente táctil 3- Admitir sondas tipo hockey stick L de 8 a 18 MHz 4- Admitir sonda lineal de 8 o menor a 12 o mayor 5- Admitir almacenamiento de HDD de 128 GB 6- Admitir rango dinámico de 260dB o más Solicitamos la ampliación de las especificaciones técnicas a modo de permitir la libre participación.	18-10-2022	08:03:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:13:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Al menos 1 (un) o 2 (dos) puerto activo, para conexión de transductores. Con 1 módulo de expansión para conexión de 3 o 4 transductores intercambiables por aplicación en línea sin necesidad de desconexión. Solicitamos a la convocante aclarar si el módulo de expansión de Conectores solicitado se refiere al carro de transporte	18-10-2022	08:04:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:13:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante analizar el costeo del precio referencial debido a que solicitan Estuche de transporte, Carro de Transporte, video impresora e insumos de papel de la impresora que esto hace un sobre costo al referencial y no es el adecuado con lo lo solicitado.	18-10-2022	08:10:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:14:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes. Solicitamos a la convocante permita cotizar almacenamiento rígido de al menos 500 GB esto no haría diferencia en la calidad de imagen o el flujo de trabajo, si dará oportunidad a mayor cantidad de oferentes potenciales.	18-10-2022	08:12:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:14:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan Rango dinámico de al menos 280 dB. Solicitamos muy amablemente a la convocante que permita cotizar equipos de 170 dB en adelante así dará mayor oportunidad de participación a oferentes potenciales	18-10-2022	08:13:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:14:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Al menos 1 (un) o 2 (dos) puerto activo, para conexión de transductores. Con 1 módulo de expansión para conexión de 3 o 4 transductores intercambiables por aplicación en línea sin necesidad de desconexión. Solicitamos a la convocante aclarar si el módulo de expansión de Conectores se refiere al carro de transporte	18-10-2022	08:15:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:15:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Modo M con 4 modos de visualizaciones en pantalla solicitamos a la convocante permita cotizar Modo M B+B a modo de dar mayor participación de oferentes potenciales	18-10-2022	08:19:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:15:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice Modo B+B (Dual B), Modo 4B solicitamos que el Modo 4B sea Opcional de esta forma dara participacion a oferentes potenciales	18-10-2022	08:21:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:16:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes y en anestesia con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor, solicitamos a la convocante que omita la palabra Matricial porque es una palabra muy ambigua y da interpreta de muchas formas y para evitar controversias de cumplimiento de esta palabra solicitamos sea eliminada de las EETT	18-10-2022	08:23:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:16:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante analizar el coste del precio referencial debido a que solicitan Estuche de transporte, Carro de Transporte e video impresora e insumos de papel de la impresora que esto hace un sobre costo al referencial y no es el adecuado con lo solicitado	18-10-2022	08:26:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:17:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan para todos lo items: Plan de entrega 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo. Solicitamos la modificación de dicho requerimiento por 60 días hábiles a partir del pago de anticipo financiero. Actualmente es de conocimiento publico la crisis de contenedores y los excesivos incrementos de costos de importación.	18-10-2022	08:28:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:18:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Pantalla monitor color con tecnología LED de al menos 15 pulgadas medidas diagonalmente Recomendamos incluir: Pantalla monitor color con tecnología LED de al menos 15 pulgadas medidas diagonalmente con desplazamiento lateral de 90°	18-10-2022	08:30:14

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 el PBC.	26-10-2022	14:18:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1Tera bytes, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB	18-10-2022	08:30:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:19:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Pantalla monitor color con tecnología LED de grado medico de al menos 19 pulgadas medidas diagonalmente. Con ajuste de altura (0 a 18cm), ángulo, y rotación de -90° a +90°. Solicitamos a la convocante que soliciten pantalla de 21 para mejor visibilidad de la imagenes	18-10-2022	08:30:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:20:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Rango Dinámico de al menos 280dB, solicitamos diga: Rango dinámico de al menos 250dB	18-10-2022	08:30:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:20:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Al menos 2 (dos) puertos USB para conexión de periféricos, recomendamos solicitar Al menos 2 (dos) puertos USB 3.0 para conexión de periféricos	18-10-2022	08:31:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:21:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice Pantalla táctil auxiliar de al menos 10 para ajustes de parámetros Sugerimos para mejor interaccion del operador con el equipo soliciten pantalla tactil de 12" pulgadas	18-10-2022	08:31:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:21:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes. Solicitamos a la convocante permita cotizar almacenamiento rígido de al menos 500 GB esto no haría diferencia en la calidad de imagen o el flujo de trabajo, si dará oportunidad a mayor cantidad de oferentes potenciales	18-10-2022	08:32:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:22:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice Rango dinámico de al menos 300 dB. Solicitamos a la convocante que soliciten Rango dinamico de 270 db para tener mayor participacion de oferentes potenciales	18-10-2022	08:34:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:22:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Aplicaciones (paquetes de cálculos y mediciones) cardiológicas, solicitamos diga posibilidad de agregar en el futuro Aplicaciones (paquetes de cálculos y mediciones) cardiológicas ya que no se solicita el transductor cardiológico	18-10-2022	08:34:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 el PBC.	26-10-2022	14:23:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Recomendamos incluir Aplicaciones (paquetes de cálculos y mediciones) ginecológicas y obstétricas considerando que se solicita el transductor endocavitario	18-10-2022	08:36:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:23:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Debe poseer interfaz RS232, salida de audio, salida de video Solicitamos que este punto sea Opcional, el sistema de HDMI o DVI ya viene con salida video seria innecesario tener una salida adicional para conexión a audio	18-10-2022	08:36:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:24:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Pantalla monitor color con tecnología LED de al menos 15 pulgadas medidas diagonalmente Recomendamos incluir: Pantalla monitor color con tecnología LED de al menos 15 pulgadas medidas diagonalmente con desplazamiento lateral de +/-90° para mayor comodidad del usuario	18-10-2022	08:37:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:24:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Modo M y 4B, solicitamos a la convocante que el punto 4B sea opcional a manera de tener mayor participación de oferentes	18-10-2022	08:37:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:53:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1Tera bytes, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB	18-10-2022	08:38:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	26-10-2022	14:53:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Rango Dinámico de al menos 280dB, solicitamos diga: Rango dinámico de al menos 250dB	18-10-2022	08:38:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:31:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Al menos 2 (dos) puertos USB para conexión de periféricos, recomendamos solicitar Al menos 2 (dos) puertos USB 3.0 para conexión de periféricos	18-10-2022	08:39:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:32:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes y en anestesia con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor, solicitamos a la convocante que omita la palabra Matricial porque es una palabra muy ambigua y da interpretación de muchas formas y para evitar controversias de cumplimiento de esta palabra solicitamos sea eliminada de las EETT	18-10-2022	08:39:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:32:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Pantalla táctil auxiliar de al menos 10 para ajustes de parámetros, solicitamos diga: Pantalla táctil auxiliar de al menos 8,9 para ajustes de parámetros	18-10-2022	08:41:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:32:49
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Modo B/2B/4B/M Solicitamos a la convocante que el MDO 4B sea opcional de esta forma dara participacion a oferentes potenciales	18-10-2022	08:41:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:33:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1Tera bytes, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB	18-10-2022	08:42:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:33:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Pantalla táctil auxiliar de al menos 10 para ajustes de parámetros, solicitamos diga: Pantalla táctil auxiliar de al menos 8,9 para ajustes de parámetros	18-10-2022	08:42:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:34:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Guia para biopsia y el precio referencial no se ajusta a lo solicitado. Solicitamos reemplantar costos referenciales	18-10-2022	08:43:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:34:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan al menos 6 puertos USB para conexion de periféricos, solicitamos diga al menos 6 puertos USB para conexion de periféricos	18-10-2022	08:44:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:34:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice Technology Tecnologia de representación de superficies 3D/4D. Solicitamos a la conovcante que este item sea de la siguiente manera Posibilidad a Technology Tecnologia de representación de superficies 3D/4D	18-10-2022	08:44:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:35:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice debe tener interfaz RS232, salida de audio, salida de video, solicitamos diga: debe tener interfaz RS232 o RJ45, salida de audio, salida de video, ya que la interfaz RS232 ya no es muy utilizada	18-10-2022	08:46:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:35:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice Imágenes 3D/4D, Solicitamos a la convocante que sea opcional este requerimiento	18-10-2022	08:47:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:36:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor aclarar a que se refiere con Imágenes armónicas de cambio de fase (PF)	18-10-2022	08:47:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:36:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos que el punto Calculo automático de IMT sea Opcional	18-10-2022	08:48:39

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:36:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Transductor Endocavitario 5 a 14Mhz, solicitamos diga: Transductor Endocavitario 5 a 10 Mhz	18-10-2022	08:49:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:36:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice, Calculo automático de OB, Solicitamos a la convocante que este item sea opcional o bien solicitar calculo semiautomático o similar,	18-10-2022	08:49:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:37:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde dice Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes y en anestesia con ancho de banda de 5.0 MHz a 14.0 Mhz Solicitamos a la convocante permitir cotizar transductor lineal de 5 a 12 Mhz	18-10-2022	08:50:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:37:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Posibilidad de agregarle opción de exámen cardiológico recomendamos que la Aplicación cardiológica así como los paquetes de cálculos esten incluidos ya que se solicita el transductor cardiol+ogico	18-10-2022	08:51:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:38:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes. Solicitamos a la convocante permita cotizar almacenamiento rígido de al menos 500 GB esto no haría diferencia en la calidad de imagen o el flujo de trabajo, si dará oportunidad a mayor cantidad de oferentes potenciales	18-10-2022	08:51:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:38:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan Rango dinámico de al menos 280 dB. Solicitamos muy amablemente a la convocante que permita cotizar equipos de 170 dB en adelante así dará mayor oportunidad de participación a oferentes potenciales	18-10-2022	08:51:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:38:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Al menos 1 (un) puerto activo, para conexión de transductores. Con 1 modulo de expansión para conexión de 3 transductores intercambiables por aplicación en línea sin necesidad de desconexión. Favor aclarar si esto es por el carro de transporte	18-10-2022	08:52:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:39:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Pantalla monitor color con tecnología LED de al menos 15 pulgadas medidas diagonalmente Recomendamos incluir: Pantalla monitor color con tecnología LED de al menos 15 pulgadas medidas diagonalmente con desplazamiento lateral de 90°	18-10-2022	08:52:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:39:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos a la convocante analizar el coste del precio referencial debido a que solicitan Estuche de transporte, Carro de Transporte e video impresora e insumos de papel de la impresora que esto hace un sobre costo al referencial y no es el adecuado con lo solicitado	18-10-2022	08:53:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:40:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1Tera bytes, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB	18-10-2022	08:53:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:41:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Rango Dinámico de al menos 280dB, solicitamos diga: Rango dinámico de al menos 250dB	18-10-2022	08:54:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:45:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Al menos 2 (dos) puertos USB para conexión de periféricos, recomendamos solicitar Al menos 2 (dos) puertos USB 3.0 para conexión de periféricos	18-10-2022	08:54:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:46:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. (**). Excluir del PBC este punto debido a que la LEY ya fue derogada	18-10-2022	08:54:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:46:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Transductor Intraoperatorio de peso ligero tipo Hockey-stick de 5 a 12, solicitamos diga: Transductor Intraoperatorio de peso ligero tipo Hockey-stick de 6 a 12	18-10-2022	08:56:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la versión 3 del PBC.	27-10-2022	08:47:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Debe poseer 500.000 o más canales de procesamiento digital", solicitamos a la convocante modificar a "Debe poseer 450.000 o más canales de procesamiento digital", lo solicitado se debe a que cada fabricante calcula los canales de procesamiento digitales mediante una fórmula matemática propia, que no se ha estandarizado en el mercado, lo cual hace que los números de canales digitales no sean comparables entre una marca y otra. Además, dicho parámetro no interfiere en la calidad de las imágenes ecográficas.	03-11-2022	10:27:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:33:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB" solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco duro (HDD o SSD) de al menos 500GB" Lo solicitado se debe a que en la actualidad el disco rígido (HDD) se encuentra presente en muy pocos modelos disponibles en el mercado, debido a que con el disco duro SSD se obtiene menor consumo, en cuanto a la durabilidad del mismo las celdas pueden reescribirse un número limitado de veces, es además más silencioso por no tener partes móviles, no es afectado por el magnetismo (por lo que no se eliminan los datos por efectos del mismo) y no puede dañarse con movimientos, pues no posee partes mecánicas como el disco rígido HDD.	03-11-2022	10:28:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:34:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice: "Transductor cardiológico de alta frecuencia de 3 Mhz o menor a 8 Mhz o mayor" solicitamos a la convocante aclarar si requieren de una o dos unidades de este transductor, debido a que se menciona dicho transductor dos veces entre las características de este mismo ítem.	03-11-2022	10:31:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:34:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Debe poseer 500.000 o más canales de procesamiento digital", solicitamos a la convocante modificar a "Debe poseer 450.000 o más canales de procesamiento digital", lo solicitado se debe a que cada fabricante calcula los canales de procesamiento digitales mediante una fórmula matemática propia, que no se ha estandarizado en el mercado, lo cual hace que los números de canales digitales no sean comparables entre una marca y otra. Además, dicho parámetro no interfiere en la calidad de las imágenes ecográficas.	03-11-2022	10:38:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	14-11-2022	07:35:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB" solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco duro (HDD o SSD) de al menos 500GB" Lo solicitado se debe a que en la actualidad el disco rígido HDD se encuentra presente en muy pocos modelos disponibles en el mercado, debido a que con el disco duro (SSD) se obtiene menor consumo, en cuanto a la durabilidad del mismo las celdas pueden reescribirse un número limitado de veces, es además más silencioso por no tener partes móviles, no es afectado por el magnetismo (por lo que no se eliminan los datos por efectos del mismo) y no puede dañarse con movimientos, pues no posee partes mecánicas como el disco rígido HDD.	03-11-2022	10:40:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:35:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 2 donde dice: "Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." Solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Lo solicitado se debe a que cada casa comercial maneja su propia tecnología de construcción de transductores, por lo que los cristales de los mismos pueden ser: de cristal único, matricial, hanafy lens, piezocompuesto, etc; por lo que solicitamos eliminar la palabra MATRICIAL de este punto o incluir todos los tipos de cristales, a fin de no limitar la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado nacional e internacional.	03-11-2022	10:47:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:36:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Pantalla monitor color con tecnología LED de grado medico de al menos 19 pulgadas medidas diagonalmente. Con ajuste de altura (0 a 18cm), ángulo, y rotación de -90° a +90°" solicitamos a la convocante modificar a "Pantalla monitor color con tecnología LED de grado medico de al menos 19 pulgadas medidas diagonalmente. Con ajuste de altura (0 a 18cm), ángulo, y ROTACIÓN DE -80° a +80°", lo solicitado constituye una característica meramente constructiva que no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional	03-11-2022	10:53:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:36:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Guía de Aguja mejorada para guía de biopsia" solicitamos a la convocante que dicho punto sea opcional debido a que el mismo encarece significativamente el costo del equipo, superando ampliamente el costo referencial establecido en el PBC.	03-11-2022	10:54:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:37:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Se aceptarán transductores de 2MHz o menor a 5MHz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Convexo de 2MHz o menor a 5MHz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." Lo solicitado se debe a que en este punto no se menciona el tipo de transductor requerido.	03-11-2022	10:55:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	14-11-2022	07:37:44

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Transductor volumétrico de 2.0Mhz a 5.0Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor volumétrico de 3.0 Mhz o menor a 7.0Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.	03-11-2022	10:57:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:39:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Debe poseer 500.000 o más canales de procesamiento digital", solicitamos a la convocante modificar a "Debe poseer 450.000 o más canales de procesamiento digital", lo solicitado se debe a que cada fabricante calcula los canales de procesamiento digitales mediante una fórmula matemática propia, que no se ha estandarizado en el mercado, lo cual hace que los números de canales digitales no sean comparables entre una marca y otra. Además, dicho parámetro no interfiere en la calidad de las imágenes ecográficas.	03-11-2022	10:59:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:39:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB" solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco duro (HDD o SSD) de al menos 500GB" Lo solicitado se debe a que en la actualidad el disco rígido (HDD) se encuentra presente en muy pocos modelos disponibles en el mercado, debido a que con el disco duro SSD se obtiene menor consumo, en cuanto a la durabilidad del mismo las celdas pueden reescribirse un número limitado de veces, es además más silencioso por no tener partes móviles, no es afectado por el magnetismo (por lo que no se eliminan los datos por efectos del mismo) y no puede dañarse con movimientos, pues no posee partes mecánicas como el disco rígido HDD.	03-11-2022	10:59:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:40:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 1, 2 y 4 Donde dice: "Rango dinámico de al menos 170 dB" solicitamos a la convocante modificar a "Rango dinámico de al menos 250 dB" Lo solicitado se debe a que se puede mejorar la distribución correcta de la escala de grises a medida que el rango dinámico sea mayor.	03-11-2022	16:02:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:41:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los ítems 1,2 y 4 Donde dice: "TGC de al menos 8 segmentos" solicitamos a la convocante modificar a "TGC de al menos 6 segmentos o mayor" Lo solicitado se debe a que los ecógrafos que tienen TGC de al menos 6 segmentos cuentan con otros sistemas de mejoramiento de la ganancia de imagen como la optimización automática de ganancia que ajusta dinámicamente la ganancia de acuerdo a la profundidad del estudio, lo cual permite obtener la calidad de imagen deseada en las diferentes profundidades del estudio.	03-11-2022	16:38:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:41:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: "El oferente que no sea el fabricante del producto ofertado deberá presentar el Certificado de Buenas Prácticas del Oferente Vigente, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el cual deberá mantener su vigencia durante toda la duración del contrato...//...Para los Productos Nacionales: Se deberá presentar el Certificado de Buenas Prácticas del Fabricante Vigente, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Para los Productos Importados: Se deberá presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento Vigente." Se solicita a la Convocante una especial consideración respecto a este requisito, ya que los trámites de renovación de Certificaciones de Buenas Prácticas se están demorando más de lo usual, llegando incluso a trámites pendientes desde hace tres meses. Por ello se solicita la presentación de constancia en trámite para el momento de la evaluación, y el Certificado solo para el oferente en caso de ser adjudicado, de modo a no limitar innecesariamente la participación de oferentes por la falta de una documentación cuya demora en emitirse es causa de la Administración y no del oferente.-	03-11-2022	16:47:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:41:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Doppler Tisular (TDI) Con posibilidad de realizar transesofágico 3D" solicitamos a la convocante modificar a "Doppler Tisular (TDI) Con posibilidad de realizar transesofágico 3D o 2D" Lo solicitado se debe a que para realizar estudios de Doppler Tisular es suficiente contar con el transductor transesofágico 2D, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes potenciales.	03-11-2022	16:49:56

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:42:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC establece: "Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. (**)" Se solicita a la Convocante excluir este requisito teniendo en cuenta que la Ley N° 6355/19 se encuentra derogada.	03-11-2022	16:50:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se Aclara que, la presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas activos y pasivos no es requerida, debido a la derogación de la Ley 6.355/19.	13-11-2022	19:03:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Memoria CINE de al menos 1000 cuadros OPCIONAL, consideramos que este punto es importante por lo que debería decir Memoria CINE de al menos 1000 cuadros o mas	03-11-2022	17:02:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:43:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Con posibilidad de realizar transesofagico 3D, solicitamos que este punto sea opcional	03-11-2022	17:03:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:43:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el encabezado de SOFTAWRE PARA LAS SIGUIENTES APLICACIONES, se cita en 2 oportunidades Transductor cardiológico de alta frecuencia de 3Mhz o menor a 8Mhz o mayor, consideramos que estos fueron agregados accidentalmente, favor aclarar si se solicita el Transductor cardiológico de alta frecuencia de 3Mhz o menor a 8Mhz o mayor y en caso afirmativo se debe hacer entrega de uno o 2 Transductor cardiológico de alta frecuencia de 3Mhz o menor a 8Mhz o mayor?	03-11-2022	17:07:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:43:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Al menos uno o dos puerto activo para conexión de transductores, con un modulo de expansión para conexión de 3 transductores intercambiables por aplicacion en la línea sin necesidad de desconexión, considerando que se solicita solo dos transductores solicitamos que en caso de que el equipo cuente con 2 puertos no sea necesario incluir el modulo de expansión	03-11-2022	17:14:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:44:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Pantalla táctil auxiliar de al menos 10 para ajustes de parámetros, solicitamos diga: Pantalla táctil auxiliar de al menos 8,5 para ajustes de parámetros	03-11-2022	17:18:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:44:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Memoria CINE de al menos 1000 cuadros (opcional), recomendamos que este punto no sea opcional	03-11-2022	17:19:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:44:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
TRANSDUCTORES, Donde dice Se aceptaran transductores de 2 a 5mhz o mayor, favor especificar si se refiere a transductor convexo	03-11-2022	17:22:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:45:43

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice CINE memory al menos 1000 cuadros (opcional), recomendamos que este punto no sea opcional		03-11-2022	17:24:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:46:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde pide: "Transductor volumétrico de 2.0Mhz o menor a 5.0Mhz Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo)" Podría colocar: Transductor volumétrico de 2.6Mhz o menor a 7.0Mhz o mayor, con el fin de dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes.		03-11-2022	18:17:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:46:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde Dice: "Rango dinámico de al menos 250 dB.", podrían acceder a Rango dinámico de al menos 240dB.; con el fin de dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes.		03-11-2022	18:18:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:47:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice "Con posibilidad de realizar transesofagico 3D", podrian colocarlo como opcional? El costo del equipo es orientado a un equipo mas basico.		03-11-2022	18:20:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:48:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Dicho Pedido se encuentra duplicado : Transductor cardiológico de alta frecuencia de 3 Mhz o menor a 8 MHZ o Mayor.- Favor aclarar si necesitan 2 mismos transductores o solo 1.-		03-11-2022	18:21:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:48:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde se pide "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB.-", podrian solicitar" Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB.- o disco SSD de 128GB o mayor", esto debido a la calidad del disco compensando con el espacio.		03-11-2022	18:24:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:49:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante admitir monitores con tecnología LCD de alta resolución. Los mismo son mejores respecto al brillo y contraste que las pantallas LED. Así también permitiría la participación de más oferentes.		03-11-2022	18:25:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:50:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde piden: Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB.-, podrian admitir: "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB.- o disco SSD de 128GB o mayor"?		03-11-2022	18:26:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:50:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante admitir 220.000 canales o más. Considerando el precio referencial, el mismo puede ser bajo para poder cotizar un equipo con esas prestaciones.		03-11-2022	18:26:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:50:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante modificar los requisitos de Transductor cardiológico. Los mismos no son solicitados más abajo y limitan la participación de oferentes con equipos de buena calidad. O en su defecto, ampliar el rango de frecuencias de los mismos.		03-11-2022	18:29:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:51:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante permitir cotizar sondas lineales en vez de matriciales. El precio referencial bajo para poder cotizar una sonda matricial.		03-11-2022	18:30:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:51:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante admitir 220.000 canales o más. El precio referencial es bajo para poder cotizar equipos con tales prestaciones.		03-11-2022	18:31:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:52:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante admitir monitores con tecnología LCD de alta resolución.		03-11-2022	18:32:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:52:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante admitir monitores con tecnología LCD TFT.		03-11-2022	18:35:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:52:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita a la convocante admitir monitores con tecnología LCD TFT de alta resolución.		03-11-2022	18:40:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, favor ajustarse al PBC.		15-11-2022	11:39:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde menciona "Modo de armónico tisular (THI), imagen de tejido específico. (TSI)" Se solicita modificar a opcional o admitir una función similar.		03-11-2022	18:42:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:53:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En los ítems 1 – Ecografo Portatil para Urgencias, ítem 2 – Ecografo Portatil para Anestesia y el ítem 4 – Ecografo Portatil Intraoperatorio en donde dice Pantalla monitor color con tecnología LED de al menos 15 pulgadas medidas diagonalmente solicitamos muy amablemente a la convocante que permita la cotización de equipos con pantalla LCD y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes, ya que este parámetro no altera ni disminuye la funcionalidad del equipo y mucho menos afecta al paciente, es un parámetro técnico que depende del criterio de diseño de cada fabricante, con esto lo que hace la convocante es beneficiar a un solo fabricante que es Mindray (Chino), dejando de lado a proveedores de alta calidad de orígenes Europeo y Norteamericanos y así solo un fabricante cumpla con esta especificación. Sugerimos que el ítem quede de la siguiente manera: Pantalla: Monitor LCD ó LED de al menos 15 (pulgadas) medidas diagonalmente		03-11-2022	23:18:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:53:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem 1 – Ecografo Portatil para Urgencias donde dice Con posibilidad de realizar transesofagico 3D solicitamos muy amablemente a la convocante que este ítem sea considerado como OPCIONAL, ya que encarece el equipo innecesariamente ya que la finalidad que se le dará al equipo es utilizarlo en el servicio de Urgencias donde no es realizado este tipo de estudios ni procedimientos, además no se encuentra incluido en el precio referencial, por todo lo expresado de esta manera se podrá realizar mejor uso de los recursos económicos del Estado Paraguayo y además no se limitaría la participación de potenciales oferentes. Al mismo tiempo nos llama la atención este tipo de pedidos ya que no es necesaria esta aplicación en un servicio de Urgencias, sino más bien los estudios transesofágicos 3D es utilizada para estudios cardiológicos más especializados con preparación previa del paciente.	03-11-2022	23:18:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:53:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En los ítems 1 – Ecografo Portatil para Urgencias, ítem 2 – Ecografo Portatil para Anestesia y el ítem 4 – Ecografo Portatil Intraoperatorio en donde dice Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y partes pequeñas con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 MHz o mayor, solicitamos muy amablemente a la convocante apertura en el rango de frecuencia y permita cotizar equipos con rango de frecuencia con el límite superior comúnmente utilizado para este tipo de transductor que ronda los , de esta manera se da apertura a la participación de potenciales oferentes y MHz y además de fomentar la competencia libre, ya que el rango solicitado solo lo podrá proveer un solo fabricante. Por lo tanto, sugerimos la modificación del ítem de la siguiente manera Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y partes pequeñas con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 10.0 MHz o mayor.	03-11-2022	23:18:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:54:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4 - Ecografo Portatil Intraoperatorio en donde dice Transductor intra-operatorio de peso ligero tipo Hockey-stick L de 5.0 MHz a 12.0 Mhz solicitamos muy amablemente a la convocante la apertura de las especificaciones técnicas a un rango de frecuencia mas amplio de utilización y fabricación de los distintos proveedores que seria de 6 MHz o menor a 10 MHz o mayor, logrando asi que potenciales oferentes puedan participar de esta licitación y no cerrarse que solo un fabricante cumpla con lo solicitado inicialmente en las especificaciones técnicas	03-11-2022	23:19:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:54:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante considere 90 días para la entrega de los equipos, contados desde el día de cobro del anticipo. Esto considerando la problemática de logistica a nivel mundial, que escapa de cualquier proveedor o empresa local, ya que la disponibilidad de vuelos y transportes marítimos se encuentra limitada, además se debe tener en cuenta el tiempo que ocupa despachar los equipos en nuestra aduana que suele demorar fácilmente de entre dos a tres semanas. Nuevamente este tiempo escapa del alcance de control de las empresas, y 30 días como es solicitado en el PBC solo dará beneficio a aquella empresa que cuenta con los equipos en stock y claramente que ya obtuvo información privilegiada con anticipación de esta licitación.	03-11-2022	23:19:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	14-11-2022	07:54:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 1 Solicitan Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1Tera bytes, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB, con capacidad de almacenamiento de al menos 100.000 imágenes	09-11-2022	19:17:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:55:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1Tera bytes, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB, con capacidad de almacenamiento de al menos 100.000 imágenes	09-11-2022	19:17:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:55:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1Tera bytes, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB, con capacidad de almacenamiento de al menos 100.000 imágenes	09-11-2022	19:18:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:55:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1Tera bytes, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB, con capacidad de almacenamiento de al menos 100.000 imágenes		09-11-2022	19:19:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:55:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Rango Dinámico de al menos 280dB, solicitamos diga: Rango dinámico de al menos 250dB		09-11-2022	19:20:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:56:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Rango Dinámico de al menos 280dB, solicitamos diga: Rango dinámico de al menos 250dB		09-11-2022	19:22:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:56:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Rango Dinámico de al menos 280dB, solicitamos diga: Rango dinámico de al menos 250dB		09-11-2022	19:22:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:56:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Aplicaciones (paquetes de cálculos y mediciones) cardiológicas, recomendamos diga posibilidad de agregar en el futuro Aplicaciones (paquetes de cálculos y mediciones) cardiológicas ya que no se solicita el transductor cardiológico		09-11-2022	19:23:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:56:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Recomendamos incluir Aplicaciones (paquetes de cálculos y mediciones) ginecológicas y obstétricas considerando que se solicita el transductor endocavitario		09-11-2022	19:31:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:57:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Transductor convexo con ancho de banda de 2MHz o menor a 5 MHz o mayor, recomendamos solicitar Transductor convexo con ancho de banda de 2MHz o menor a 5 MHz o mayor que alcance una profundidad de al menos 40cm		09-11-2022	19:40:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:57:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Transductor Endocavitario con frecuencia de 6Mhz o menor a 10MHz o mayor, Recomendamos diga: Transductor Endocavitario con frecuencia de 6MHz o menor a 10MHz con campo de apertura de al menos 200°		09-11-2022	19:44:43
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:57:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Visión extendida, recomendamos diga: Visión extendida de al menos 60 cm		09-11-2022	19:49:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	07:58:11

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Memoria CINE de al menos 1000 cuadros, Recomendamos solicitar Memoria CINE de al menos 4000 cuadros.	09-11-2022	19:53:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:58:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1Tera bytes, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB	09-11-2022	19:53:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:59:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En Modo de Visualización recomendamos agregar Doppler Pulsado con alta frecuencia de repetición de pulso (PW+ HPRF).	09-11-2022	19:55:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:59:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Transductor Convexo con un ancho de banda de 2.0MHz o menor a 5.0 MHz o mayor. Recomendamos solicitar Transductor Convexo con un ancho de banda de 1.0MHz o menor a 5.0 MHz o mayor. Con campo de apertura de al menos 70°	09-11-2022	20:00:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	07:59:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos incluir al menos 1000.000 de canales de procesamiento digital	09-11-2022	20:04:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:00:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos agregar Software para eliminar artefactos de motas y ruido, Software que mejore dinámicamente los márgenes de los tejidos y mejorando la visibilidad de los tejidos en tiempo real	09-11-2022	20:12:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:00:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos agregar software que permita el ajuste automático de los parámetros de imágenes, Color y Doppler con solo presionar un botón.	09-11-2022	20:14:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:00:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos incluir Software de alta sensibilidad para detección de flujo lento.	09-11-2022	20:18:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:01:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos solicitar que el equipo cuente con batería con al menos 90 minutos de autonomía para la realización de estudios	09-11-2022	20:21:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:01:22
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Memoria CINE de al menos 1000 cuadros, Recomendamos solicitar Memoria CINE de al menos 4000 cuadros.		09-11-2022	20:25:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	08:01:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Recomendamos incluir al menos 1000.000 de canales de procesamiento digital		09-11-2022	20:27:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	08:01:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Recomendamos agregar Software para eliminar artefactos de motas y ruido, Software que mejore dinámicamente los márgenes de los tejidos y mejorando la visibilidad de los tejidos en tiempo real.		09-11-2022	20:27:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	08:02:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos agregar software que permita el ajuste automático de los parámetros de imágenes, Color y Doppler con solo presionar un botón.		09-11-2022	20:28:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	08:02:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Recomendamos incluir Software de alta sensibilidad en la detección de flujo lento.		09-11-2022	20:28:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	08:02:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Recomendamos solicitar que el equipo cuente con batería con al menos 90 minutos de autonomía para la realización de estudios		09-11-2022	20:29:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	08:03:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1Tera bytes, solicitamos diga Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB		09-11-2022	20:29:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	08:03:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Transductor convexo con ancho de banda de 2MHz o menor a 5 MHz o mayor, recomendamos solicitar Transductor convexo con ancho de banda de 2MHz o menor a 5 MHz o mayor que alcance una profundidad de al menos 40cm		09-11-2022	20:31:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	08:04:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan Visión extendida, recomendamos diga: Visión extendida de al menos 60 cm		09-11-2022	20:34:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.		14-11-2022	08:05:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Software que mejore la visibilidad de la aguja durante las inserciones de agujas en ángulo para diferentes procedimientos clínicos.	09-11-2022	20:37:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:06:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos agregar Software que mejore la visibilidad de la aguja durante las inserciones de agujas en ángulo para diferentes procedimientos clínicos.	09-11-2022	20:38:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:06:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Visión extendida, recomendamos diga: Visión extendida de al menos 60 cm	09-11-2022	20:45:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:07:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos incluir Software que mejore la visibilidad de la aguja durante las inserciones de agujas en ángulo para diferentes procedimientos clínicos.	09-11-2022	20:46:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:08:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Transductor convexo con ancho de banda de 2MHz o menor a 5 MHz o mayor, recomendamos solicitar Transductor convexo con ancho de banda de 2MHz o menor a 5 MHz o mayor que alcance una profundidad de al menos 40cm	09-11-2022	20:47:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:08:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Memoria CINE de al menos 1000 cuadros, Recomendamos solicitar Memoria CINE de al menos 4000 cuadros.	09-11-2022	20:48:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:09:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos incluir al menos 1000.000 de canales de procesamiento digital	09-11-2022	20:49:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:09:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos agregar Software para eliminar artefactos de motas y ruido, Software que mejore dinámicamente los márgenes de los tejidos y mejorando la visibilidad de los tejidos en tiempo real	09-11-2022	20:49:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:09:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos agregar software que permita el ajuste automático de los parámetros de imágenes, Color y Doppler con solo presionar un botón.	09-11-2022	20:50:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:10:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos incluir Software de alta sensibilidad en la detección de flujo lento.	09-11-2022	20:50:58

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:10:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos solicitar que el equipo cuente con batería con al menos 90 minutos de autonomía para la realización de estudios	09-11-2022	20:51:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:11:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Imagen Panorámica recomendamos diga Imagen Panorámica de al menos 60 cm	09-11-2022	21:05:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:11:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos agregar los siguientes softwares: Software de Compensación de ganancias general y temporal de manera automática Software para detectar y prevenir artefactos en Modo B Software de eliminación de Speckle Software de mejoramiento de bordes. Optimización de la imagen con un solo botón en todos los modos de imagen	09-11-2022	21:24:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:12:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Memoria CINE de al menos 1000 cuadros, recomendamos solicitar Memoria CINE de al menos 9000 cuadros	09-11-2022	21:24:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:12:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Al menos 6 (seis) puertos USB para conexión de periféricos, solicitamos diga: Al menos 4 (cuatro) puertos USB para conexión de periféricos	09-11-2022	21:25:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:13:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Pantalla monitor color con tecnología LED de grado medico de al menos 19 pulgadas medidas diagonalmente. Con ajuste de ángulo, y rotación de -90 a +90 solicitamos diga Pantalla monitor color con tecnología LED de grado medico de al menos 19 pulgadas medidas diagonalmente. Con ajuste de ángulo, y rotación de -80° a +80°	09-11-2022	21:55:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:13:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Debe poseer interfaz RS232 salida de audio, salida de video solicitamos diga: Debe poseer interfaz RS232 o RJ 45, salida de audio, salida de video	09-11-2022	21:55:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:14:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando las características de los pacientes del INCAN, recomendamos agregar Software de elastografía por strain compatible con los transductores lineales, endocavitario y convexo incluidos en este ítem	09-11-2022	21:56:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:14:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos Que permita observar imágenes almacenadas en el equipo a través de la pantalla táctil de manera a permitir realizar comparaciones con la imagen en la pantalla principal y seguimiento de estudios	09-11-2022	21:57:16

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:15:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Doppler Pulsado con alta frecuencia de repetición de pulso (PW+ HPRF) recomendamos diga: Doppler Pulsado con alta frecuencia de repetición de pulso (PW+ HPRF) con optimización de parámetros con un solo botón, esto permitirá mejorar el flujo de trabajo, traduciéndose en menos tiempo de diagnóstico	09-11-2022	21:57:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:15:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos incluir al menos Posibilidad de agregar en el futuro Software de elastografía por onda transversal (Point Shear Wave)	09-11-2022	21:58:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:15:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos incluir al menos Posibilidad de agregar en el futuro Software de elastografía por onda transversal (Point Shear Wave)	09-11-2022	21:58:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:15:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos incluir a menos Posibilidad de agregar en el futuro Software dedicado a estudios de contraste	09-11-2022	21:59:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:16:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos incluir Software de Optimización vascular automática que corrige automáticamente la posición y el ángulo de la caja de registro de color, la posición y el tamaño del volumen de la muestra siguiendo la dirección del vaso.	09-11-2022	22:00:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:17:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos agregar Software de visualización de estructuras microvascularizadas de flujos lentos	09-11-2022	22:00:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:18:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Recomendamos agregar Software de optimización de imagen que modifica simultáneamente los parámetros de resolución espacial, temporal y penetración	09-11-2022	22:01:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:19:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos incluir Software de optimización automática de los parámetros fundamentales TGC, Rango Dinámico y Ganancia	09-11-2022	22:01:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:19:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Transductor Convexo con un ancho de banda de 2.0MHz a 5.50 MHz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo. Recomendamos solicitar Transductor Convexo con un ancho de banda de 2.0MHz a 5.50 MHz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo. FOV/ Campo de visión igual o mayor a 60°.	09-11-2022	22:02:48

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:19:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Transductor Endocavitario 5.0MHz a 14.0 Mhz Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo, solicitamos diga: Transductor Endocavitario 5.0MHz a 12.0 Mhz Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo FOV/campo de visión igual o mayor a 240°	09-11-2022	22:03:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:20:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Tecnología de representación de superficies 3D/4D en tempo real, recomendamos agregar Tecnología de representación de superficies 3D/4D en tempo real que permita la medición de translucencia nucal e intracraneal	09-11-2022	22:12:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:20:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante admitir equipos con pantalla LCD. Este tipo de pantallas son mejores en resolución de brillo y contraste que la tecnología LED.	09-11-2022	22:30:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:21:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante admitir equipos con rango dinámico de 260dB o más.	09-11-2022	22:31:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:21:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante admitir cotizar sondas lineales. La sondas matriciales aumentan significativamente el costo del equipo.	09-11-2022	22:33:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:22:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante admitir cotizar sondas lineales. La sondas matriciales aumentan significativamente el costo del equipo.	09-11-2022	22:33:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:22:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante admitir cotizar equipos con 4 puertos USB para perifericos.	09-11-2022	22:35:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:22:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante admitir cotizar sondas lineales de ancho de banda de hasta 13 MHz.	09-11-2022	22:37:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:23:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante admitir cotizar equipos con TGC de 6 segmentos, considerando que son equipos portátiles.	09-11-2022	22:38:25
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:24:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante admitir cotizar equipos con disco de almacenamiento tipo SSD de 128GB	09-11-2022	22:39:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:24:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita amablemente a la convocante admitir cotizar sondas tipo Hockey Stick con rango de 7 a 18MHz	09-11-2022	22:40:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:24:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes", solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes o en disco duro (SSD) de al menos 500GB" Lo solicitado se debe a que en la actualidad el disco rígido HDD se encuentra presente en muy pocos modelos disponibles en el mercado, debido a que con el disco duro SSD se obtiene menor consumo, las celdas del mismo pueden reescribirse un número limitado de veces, es más silencioso por no tener partes móviles, no es afectado por el magnetismo (por lo que no se eliminan los datos por efectos del mismo) y no puede dañarse con movimientos, pues no posee partes mecánicas como el disco rígido HDD. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado local e internacional.	09-11-2022	23:38:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:25:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "TGC de al menos 8 segmentos" solicitamos a la convocante modificar a "TGC de al menos 6 segmentos o más" Lo solicitado se debe a que los ecógrafos que tienen TGC de al menos 6 segmentos cuentan con otros sistemas de mejoramiento de la ganancia de imagen como la optimización automática de ganancia que ajusta dinámicamente la ganancia de acuerdo a la profundidad del estudio, lo cual permite obtener la calidad de imagen deseada en las diferentes profundidades del estudio. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado local e internacional.	09-11-2022	23:40:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:26:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 1 donde dice: "Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." Solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Lo solicitado se debe a que cada casa comercial maneja su propia tecnología de construcción de transductores, por lo que los cristales de los mismos pueden ser: de cristal único, matricial, hanafy lens, piezocompuesto, etc; por lo que solicitamos eliminar la palabra MATRICIAL de este punto o incluir todos los tipos de cristales, a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado nacional e internacional.	09-11-2022	23:41:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:27:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Rango dinámico de al menos 280 dB" solicitamos a la convocante modificar a "Rango dinámico de al menos 500 dB" Lo solicitado se debe a que se puede mejorar la distribución correcta de la escala de grises a medida que el rango dinámico sea mayor.	09-11-2022	23:44:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:27:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Transductor Endocavitario con frecuencia de 6.0 Mhz o menor a 10.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante modificar dicho punto a "Transductor Endocavitario con frecuencia de 4.0 Mhz o menor a 10.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.	09-11-2022	23:44:53

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:28:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes", solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes o en disco duro (SSD) de al menos 500GB" Lo solicitado se debe a que en la actualidad el disco rígido HDD se encuentra presente en muy pocos modelos disponibles en el mercado, debido a que con el disco duro SSD se obtiene menor consumo, las celdas del mismo pueden reescribirse un número limitado de veces, es más silencioso por no tener partes móviles, no es afectado por el magnetismo (por lo que no se eliminan los datos por efectos del mismo) y no puede dañarse con movimientos, pues no posee partes mecánicas como el disco rígido HDD. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado local e internacional.	10-11-2022	00:13:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:29:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Rango dinámico de al menos 280 dB" solicitamos a la convocante modificar a "Rango dinámico de al menos 500 dB" Lo solicitado se debe a que se puede mejorar la distribución correcta de la escala de grises a medida que el rango dinámico sea mayor.	10-11-2022	00:14:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:29:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "TGC de al menos 8 segmentos" solicitamos a la convocante modificar a "TGC de al menos 6 segmentos o más" Lo solicitado se debe a que los ecógrafos que tienen TGC de al menos 6 segmentos cuentan con otros sistemas de mejoramiento de la ganancia de imagen como la optimización automática de ganancia que ajusta dinámicamente la ganancia de acuerdo a la profundidad del estudio, lo cual permite obtener la calidad de imagen deseada en las diferentes profundidades del estudio. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado local e internacional.	10-11-2022	00:14:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:30:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 1 donde dice: "Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." Solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Lo solicitado se debe a que cada casa comercial maneja su propia tecnología de construcción de transductores, por lo que los cristales de los mismos pueden ser: de cristal único, matricial, hanafy lens, piezocompuesto, etc; por lo que solicitamos eliminar la palabra MATRICIAL de este punto o incluir todos los tipos de cristales, a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado nacional e internacional.	10-11-2022	00:15:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:30:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4 donde dice: "Descripción: Equipo de ultrasonido digital modular Doppler color" solicitamos a la convocante aclarar si el equipo que precisan es un equipo modular o un portátil pues arriba de este punto se menciona también en la descripción "Equipo de ultrasonido digital Doppler color, portátil para aplicaciones generales"	10-11-2022	00:37:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Aclaremos que, solicitamos un equipo portátil.	13-11-2022	18:50:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes", solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes o en disco duro (SSD) de al menos 500GB" Lo solicitado se debe a que en la actualidad el disco rígido HDD se encuentra presente en muy pocos modelos disponibles en el mercado, debido a que con el disco duro SSD se obtiene menor consumo, las celdas del mismo pueden reescribirse un número limitado de veces, es más silencioso por no tener partes móviles, no es afectado por el magnetismo (por lo que no se eliminan los datos por efectos del mismo) y no puede dañarse con movimientos, pues no posee partes mecánicas como el disco rígido HDD. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado local e internacional.	10-11-2022	00:37:55
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:34:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Rango dinámico de al menos 280 dB" solicitamos a la convocante modificar a "Rango dinámico de al menos 500 dB" Lo solicitado se debe a que se puede mejorar la distribución correcta de la escala de grises a medida que el rango dinámico sea mayor.	10-11-2022	00:38:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:34:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "TGC de al menos 8 segmentos" solicitamos a la convocante modificar a "TGC de al menos 6 segmentos o más" Lo solicitado se debe a que los ecógrafos que tienen TGC de al menos 6 segmentos cuentan con otros sistemas de mejoramiento de la ganancia de imagen como la optimización automática de ganancia que ajusta dinámicamente la ganancia de acuerdo a la profundidad del estudio, lo cual permite obtener la calidad de imagen deseada en las diferentes profundidades del estudio. Por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado local e internacional.	10-11-2022	00:38:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:35:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Transductor intra-operatorio de peso ligero tipo Hockeystick L de 5.0 MHz a 12.0 Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor intra-operatorio de peso ligero tipo Hockeystick L de 5.0 MHz a 18.0 Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos.	10-11-2022	00:39:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:17:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 1 donde dice: "Transductor Lineal Matricial para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." Solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Lineal para aplicaciones vasculares y pequeñas partes con ancho de banda de 5.0 MHz o menor a 12.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Lo solicitado se debe a que cada casa comercial maneja su propia tecnología de construcción de transductores, por lo que los cristales de los mismos pueden ser: de cristal único, matricial, hanafy lens, piezocompuesto, etc; por lo que solicitamos eliminar la palabra MATRICIAL de este punto o incluir todos los tipos de cristales, a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado nacional e internacional.	10-11-2022	00:39:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:36:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Pantalla monitor color con tecnología LED de grado medico de al menos 19 pulgadas medidas diagonalmente. Con ajuste de altura (0 a 18cm), ángulo, y rotación de -90° a +90°" solicitamos a la convocante modificar a "Pantalla monitor color con tecnología LED de grado medico de al menos 19 pulgadas medidas diagonalmente. Con ajuste de altura (0 a 18cm), ángulo, y rotación de -80° a +80°" lo solicitado constituye una característica meramente constructiva que no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional	10-11-2022	01:32:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:36:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 1 tera bytes", solicitamos a la convocante modificar a "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 500GB o mejor" a fin de permitir la participación de potenciales oferentes con comprobada calidad en el mercado local e internacional.	10-11-2022	01:32:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:36:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Rango dinámico de al menos 280 dB" solicitamos a la convocante modificar a "Rango dinámico de al menos 260 dB" a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes potenciales	10-11-2022	01:32:43

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:37:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Debe poseer interfaz RS232, salida de audio, salida de video" solicitamos a la convocante modificar a "Debe poseer interfaz RS232, Puerto HDMI o Display Port ó salida de audio/salida de video analógico" Lo solicitado constituye una "característica meramente constructiva" que no afecta al estudio ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional	10-11-2022	01:32:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:38:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Guia de Aguja mejorada para guía de biopsia" favor aclarar si la guía de aguja mejorada para guía de biopsia es para el transductor lineal, convexo o endocavitario.	10-11-2022	01:33:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Aclaremos que, es para los 3 (tes) transductores: lineal, convexo y endocavitario.	13-11-2022	18:53:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Tecnología de detección de tumores de mama" solicitamos a la convocante permitir el estudio de elastografía con Strain para el análisis de detección de tumores de mama, debido a que con dicho estudio se puede realizar el mismo análisis, además el informe de elastografía ya está incluido en los BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) de la ACR (American College of Radiology).	10-11-2022	01:33:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:38:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Transductor Convexo con un ancho de banda de 2.0MHz a 5.50 MHz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Convexo de 2MHz o menor a 5MHz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo." Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos. Además cada casa comercial maneja un ancho de banda propio de la marca que finalmente tiene el mismo valor clínico para cada transductor, por lo que solicitamos que amplíen el rango de frecuencia, a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.	10-11-2022	01:34:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:39:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Transductor Endocavitario 5.0MHz a 14.0 Mhz Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor Endocavitario 4.0MHz a 10.0 Mhz Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos. Además cada casa comercial maneja un ancho de banda propio de la marca que finalmente tiene el mismo valor clínico para cada transductor, por lo que solicitamos que amplíen el rango de frecuencia, a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.	10-11-2022	01:34:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:39:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: "Transductor volumétrico de 3.0Mhz a 5.0Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor volumétrico de 3.0 Mhz o menor a 8.0Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos. Además cada casa comercial maneja un ancho de banda propio de la marca que finalmente tiene el mismo valor clínico para cada transductor, por lo que solicitamos que amplíen el rango de frecuencia, a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.	10-11-2022	01:35:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:16:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde: "Transductor sectorial 2.5 a 5.0 Mhz. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" solicitamos a la convocante modificar a "Transductor sectorial 3 Mhz o menor a 8.0 Mhz o mayor. Cantidad mínima: 01 (uno) unidades por cada equipo" Dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de ecografía y lo normalmente aceptado por los médicos. Además cada casa comercial maneja un ancho de banda propio de la marca que finalmente tiene el mismo valor clínico para cada transductor, por lo que solicitamos que amplíen el rango de frecuencia, a fin de permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes potenciales.	10-11-2022	01:35:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas. Favor remitirse al PBC.	14-11-2022	08:16:46

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80011068-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508020089	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.	22-11-2022	22-11-2022	26-05-2023
Oferente: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80072821-1					
Oferente: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80072821-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508006165	Póliza	Royal Seguros S.A.	15-11-2022	22-11-2022	01-04-2023
Oferente: DEZETA S.A - RUC: 80019208-7					
Oferente: DEZETA S.A - RUC: 80019208-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508020099	Póliza	ASEPASA	22-11-2022	22-11-2022	22-04-2023
Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0					
Oferente: SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
1508055421 - END.: 000,	Póliza	La Consolidada de Seguros	22-11-2022	22-11-2022	30-07-2023
Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1					
Oferente: IMESE S.A. - RUC: 80016426-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5
1508055423	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A	22-11-2022	23-11-2022	02-04-2023
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1					
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6
1508008111	Póliza	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	22-11-2022	22-11-2022	21-04-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42201718-001	Ecografo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	SONOSCAPE	SONOSCAPE CORP	E2	CHINA		182.125.000	182.125.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	EMPEROR	SHENZHEN EMPEROR ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD	G30	CHINA	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN, POR ULTRASONIDO.	207.000.000	207.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	General Electric	General Electric	GE	China	Ecografo	250.000.000	250.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	ESAOTE	ESAOTE SPA	MyLAB OMEGA	ITALIA	ECOGRAFO	308.852.400	308.852.400
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	CHISON	CHISON MEDICAL TECHNOLOGII Co., Ltd.	SONOBOOK 9	CHINA	Ecografo	309.612.500	309.612.500

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42201718-001	Ecografo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	SONOSCAPE	SONOSCAPE CORP	E2	CHINA		178.500.000	178.500.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	EMPEROR	SHENZHEN EMPEROR ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD	G30	CHINA	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN, POR ULTRASONIDO.	203.000.000	203.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	General Electric	General Electric	GE	China	Ecografo	280.000.000	280.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	ESAOTE	ESAOTE SPA	MyLAB OMEGA	ITALIA	ECOGRAFO	282.686.900	282.686.900
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	CHISON	CHISON MEDICAL TECHNOLOGII Co., Ltd.	SONOBOOK 9	CHINA	Ecografo	303.450.000	303.450.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42201718-001	Ecografo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	SONOSCAPE	SONOSCAPE CORP	P40 ELITE	CHINA		379.500.000	379.500.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	EMPEROR	SHENZHEN EMPEROR ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD	G76	CHINA	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN, POR ULTRASONIDO.	432.500.000	432.500.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	General Electric	General Electric	GE	Corea	Ecografo	450.000.000	450.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	CHISON	CHISON MEDICAL TECHNOLOGII Co., Ltd.	XBIT 90	CHINA	Ecografo	645.150.000	645.150.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	42201718-001	Ecografo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	SONOSCAPE	SONOSCAPE CORP	E2	CHINA		409.000.000	409.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	EMPEROR	SHENZHEN EMPEROR ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD	G30	CHINA	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN, POR ULTRASONIDO.	466.000.000	466.000.000
DEZETA S.A - 80019208-7	MINDRAY	MR Global (HK) Limited	MX7	CHINA	ECOGRAFO INTRAOPERATORIO	470.000.000	470.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	General Electric	General Electric	GE	China	Ecografo.	520.000.000	520.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	ESAOTE	ESAOTE SPA	MYLAB OMEGA	ITALIA	ECOGRAFO	347.434.100	347.434.100
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	CHISON	CHISON MEDICAL TECHNOLOGII Co., Ltd.	SONOBOOK 9	CHINA	Ecografo	695.300.000	695.300.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Ecografo				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	117.000.000	23-11-2022	09:31:05.503	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	38084291202310f455915c66bffe4064	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	121.000.000	23-11-2022	09:30:56.569	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63bd888a2538d5f4ce7a05e359f8d3f0	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	122.000.000	23-11-2022	09:30:56.853	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89bf06dde1556ea5d1c629eb3f58cbb7	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	122.900.000	23-11-2022	09:30:54.940	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8415310554fa7d782769019477779ba	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	123.000.000	23-11-2022	09:30:49.805	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80b7b76a00c7fb5f06dc368812f7820f	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	124.000.000	23-11-2022	09:30:43.195	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c57f8662559bbb93244e7c5c54b5ef65	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	124.000.000	23-11-2022	09:30:43.396	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8db2399ee9540f452c24e895eea91f12	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	124.900.000	23-11-2022	09:30:37.323	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8963a0bb71cc51d3f62209bb76820b82	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	125.000.000	23-11-2022	09:30:31.861	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f217de6130920484012290648d1e840a	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	125.900.000	23-11-2022	09:30:33.588	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2437f8b5d845de7dee8148c11076bd0d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	126.000.000	23-11-2022	09:30:22.376	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	448f3367a216bdbf063ea0cb56a8039e	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	127.000.000	23-11-2022	09:30:12.377	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e743284180889607ec26026bf08bce2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	128.000.000	23-11-2022	09:30:01.312	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef6cb772a2400ba7da2e7982588926c8	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	130.000.000	23-11-2022	09:29:50.250	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87fa214a243279359deb9adbec8d2c10	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	130.900.000	23-11-2022	09:30:25.971	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f98549b76a9a9688ee29b2b67ee417b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	131.000.000	23-11-2022	09:29:40.711	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d922b992262c4bf7572bda5dcdf30fa3	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	132.000.000	23-11-2022	09:29:30.206	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c9d33eb42cb496ec10da809de339db8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	133.000.000	23-11-2022	09:29:27.190	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae32dbd1b48e65ce7f779bee9db10821	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	135.000.000	23-11-2022	09:29:11.061	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e7e2d931724388712542aaad60c3e5a	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	135.900.000	23-11-2022	09:29:27.597	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2fbb569c547a4d36329f82a8dc5a0c1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	136.000.000	23-11-2022	09:29:04.293	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87d2d2d1faf796ecc10ded559c5100cc	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	137.000.000	23-11-2022	09:28:49.997	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a54585858f49140c3bcd08b0520d523	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	138.000.000	23-11-2022	09:28:18.196	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	0248003b25a4ed629731f633f62c1d37
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	139.900.000	23-11-2022	09:28:17.021
		Código Verificador:	d2b815ca831ecc0125acaf6e39732981
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	140.000.000	23-11-2022	09:28:03.804
		Código Verificador:	f586e747e355ff4c95e90a89c73733c3
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	141.900.000	23-11-2022	09:28:00.146
		Código Verificador:	cefc7206e3ddd8217985d4861dd03346
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	142.000.000	23-11-2022	09:27:55.812
		Código Verificador:	f8e2b0bf233cade9b7cdcf0e12fc2dd4
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	145.900.000	23-11-2022	09:27:51.830
		Código Verificador:	11c8b76ed01e98aea6132905ac22db52
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	146.000.000	23-11-2022	09:27:47.810
		Código Verificador:	d18cf116bfc6f4ff37ffb732ae6f8354
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	148.900.000	23-11-2022	09:27:44.319
		Código Verificador:	08ff6bfd75016d9f2b1a8585b55c528
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	149.000.000	23-11-2022	09:27:37.606
		Código Verificador:	55b588bc8a24c44a4f303e364eb9c526
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	151.900.000	23-11-2022	09:27:33.844
		Código Verificador:	b38b3555dc05a89329a78d0002c24bd0
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	152.000.000	23-11-2022	09:27:28.070
		Código Verificador:	4fe101f3230569d3755d7efff63ec665
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	154.900.000	23-11-2022	09:27:22.926
		Código Verificador:	d87cabf6f7937f0f6453ab198fc59378
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	155.000.000	23-11-2022	09:27:19.037
		Código Verificador:	25d714678917dcc1b270e3b62e11e99c
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	158.900.000	23-11-2022	09:27:13.862
		Código Verificador:	c1bc70fa474b3209a4e8a317800e2b61
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	159.000.000	23-11-2022	09:27:07.765
		Código Verificador:	3bb7a7214fd66d85f6de7cc446fb4f1c
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	163.900.000	23-11-2022	09:27:02.970
		Código Verificador:	f233ce25f552562c977ea4c4194202ae
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	164.000.000	23-11-2022	09:26:58.191
		Código Verificador:	721873274afdbd6f5107771a5fbd9ee
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	166.000.000	23-11-2022	09:27:01.103
		Código Verificador:	3827c636d2c097ce9b6268ee4d4e97d1
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	166.900.000	23-11-2022	09:26:54.232
		Código Verificador:	c8c385c0bf1752130c0b7883b1e80141
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	167.000.000	23-11-2022	09:26:47.915
		Código Verificador:	9335cb297f7328132bf42eedb3e3e2eb
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	170.000.000	23-11-2022	09:26:47.508
		Código Verificador:	9149103a954d9139db746b47fe2040ed
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	171.900.000	23-11-2022	09:26:41.153
		Código Verificador:	896dba8960b8867b2783e8ed89dc5070
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	172.000.000	23-11-2022	09:26:30.210
		Código Verificador:	3aefbaefcbe0b236372766860c39cf65
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	172.900.000	23-11-2022	09:26:34.589
		Código Verificador:	a324c7e1aeeb7037d43e8ba9d7888c97
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	173.000.000	23-11-2022	09:26:22.622
		Código Verificador:	332b191fa6f0df11674759ec69da6530
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	174.900.000	23-11-2022	09:26:15.104
		Código Verificador:	36ded1bdb2637f6d963608bd6427d826
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	175.000.000	23-11-2022	09:25:59.669
		Código Verificador:	61d8e5832ab0f1e3851fae35e1dcf4c8

Listado General de todas las Ofertas

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	178.000.000	23-11-2022	09:25:47.780	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0551587ea637a6f9d1bb3ccf4f79fdc2	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	182.000.000	23-11-2022	09:25:26.664	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81b2ea24e3a8f23ddbdf086951e53d8a	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	182.125.000	23-11-2022	09:00:59.281	Propuesta
		Código Verificador:	3dabf62a912277640068a70d71dfcafd	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	207.000.000	23-11-2022	09:00:59.284	Propuesta
		Código Verificador:	72ae3baac1226f255bfefc0c3ec6b603	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	229.999.999	23-11-2022	09:26:14.669	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1c45a528c0707e7cf1ca92d650b45ce	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	230.000.000	23-11-2022	09:18:36.659	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f85cfdbdfe8e0cd1db4d4523a201ca68	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	250.000.000	23-11-2022	09:00:59.282	Propuesta
		Código Verificador:	50af265142ff484e89e98efb9a5773f5	
IMESE S.A. - 80016426-1	308.852.400	23-11-2022	09:00:59.284	Propuesta
		Código Verificador:	033d973e6a57be5ce50a453c300e8958	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	309.612.500	23-11-2022	09:00:59.283	Propuesta
		Código Verificador:	83b845241650981a1a98835404d28fc0	

2 - Ecografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	148.000.000	23-11-2022	09:40:45.550	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e5d5f1c60d1d9e718f0e9dc7912489e	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	152.000.000	23-11-2022	09:40:42.771	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bce0d776e71ab5156d8cbbf5458d84b8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	153.000.000	23-11-2022	09:40:35.113	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e6ed214d0ba3ee313a58686e550ea8d	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	155.000.000	23-11-2022	09:40:24.357	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8329d2eb6e4e58a46fa498fbf0ab8b02	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	158.000.000	23-11-2022	09:40:18.594	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f032a005032750728432a2d45d1bf33	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	162.000.000	23-11-2022	09:40:03.163	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2540c7ca20ccab2cce72c4a65a1e4d29	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	163.000.000	23-11-2022	09:39:53.954	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec30225a6382b452c68973c0d82bc13b	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	164.000.000	23-11-2022	09:39:52.680	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4bcb3347faa1c51e5709306e60a449a0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	165.000.000	23-11-2022	09:39:44.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73b43b5456c179aede61d912e0f1c362	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	167.000.000	23-11-2022	09:39:33.329	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c179d78964492af744112a8f1e0a899a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	168.000.000	23-11-2022	09:39:20.989	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d825fc5477a2b24f10bffc80a0124	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	174.000.000	23-11-2022	09:38:21.111	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c078af63c0cc7a3824f9e8309c78cfa0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	178.400.000	23-11-2022	09:37:52.045	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ebe57b1d58ca0f1927d1a6e73d9b624	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	178.500.000	23-11-2022	09:00:59.389	Propuesta
		Código Verificador:	189b33cfb860fdf3b395d7db7150e521	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	200.000.000	23-11-2022	09:40:52.072	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b0b4c7dc45da82a5dabe5436cfa90dd	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	202.000.000	23-11-2022	09:40:32.487	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3a6e7ff66d21ed3ee790529eb4b2974	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	203.000.000	23-11-2022	09:00:59.391	Propuesta
		Código Verificador:	cd5c1c7957d1cfb59aec46cb1725e767	
IMESE S.A. - 80016426-1	278.000.000	23-11-2022	09:38:22.864	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	e2c1d0f4fa94ad720915f5bcb2737ed7	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	280.000.000	23-11-2022	09:00:59.390	Propuesta
		Código Verificador:	604813e0c997e91755c36a1fe9486673	
IMESE S.A. - 80016426-1	282.686.900	23-11-2022	09:00:59.392	Propuesta
		Código Verificador:	ecffb53294eb572901adba8e412d7db8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	303.450.000	23-11-2022	09:00:59.391	Propuesta
		Código Verificador:	b1189b3a6b79b6c2bfec68dfb424427d	

3 - Ecografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	280.000.000	23-11-2022	09:51:28.420	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0be33d7856b14739f3a1c3df312c17c0	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	307.000.000	23-11-2022	09:57:48.943	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1effa4228500fe1ff4aa629507231082	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	310.000.000	23-11-2022	09:57:41.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05458fb1dfb3b48a67f995f4f940f864	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	310.000.000	23-11-2022	09:57:45.159	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9673bbe90aab676f8111734c0bf3c7b2	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	313.000.000	23-11-2022	09:57:35.757	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11b756adb6781ba3126f43139bfaa883	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	314.000.000	23-11-2022	09:57:33.837	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1070fde6fbc7b2efaae3b538fe5e1878	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	315.000.000	23-11-2022	09:57:20.643	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	082fd3f1e5563ff5d405145135d01f3f	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	317.500.000	23-11-2022	09:56:34.873	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34834bf8aa910dd02e1a9a07698b4540	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	317.900.000	23-11-2022	09:53:06.785	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9568b3648b857e0fb863f96bf517df9f	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	318.000.000	23-11-2022	09:51:26.601	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b46e9bc6b9e7572ee2ab81a55538d19e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	319.000.000	23-11-2022	09:51:17.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b97fead61d2b8cdb2114638ac3213f1	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	323.000.000	23-11-2022	09:52:22.486	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e570d1efb0772ba47d065a54952eb4f4	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	324.900.000	23-11-2022	09:52:04.320	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d2972c3adf657d37f72fe56e2397650	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	325.000.000	23-11-2022	09:51:21.985	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46b5679d9d800c41db9e127d2f567fe7	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	332.000.000	23-11-2022	09:51:14.956	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65e52664f12a2d09189e81a0447bc740	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	333.000.000	23-11-2022	09:51:02.927	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78a75f40a8c5948a0b0f15867ad250b2	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	349.000.000	23-11-2022	09:51:01.726	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2fc26b19c579bde31b5ebc5f6ef3f7d	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	350.000.000	23-11-2022	09:50:46.762	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c66635e726cb1dc976bbeaebc049da	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	368.000.000	23-11-2022	09:50:29.958	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	802a1b9ae7fe5719a3c845721a8f2b54	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	370.000.000	23-11-2022	09:51:03.401	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b24a940c7e279fba0b80bbf80d651ca	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	376.000.000	23-11-2022	09:50:35.711	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05b2433231aad9a273e1c7857b35cb5b	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	376.000.000	23-11-2022	09:50:51.488	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92939873a79d78f7dcf24e26a3f8d88a	

Listado General de todas las Ofertas

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	377.000.000	23-11-2022	09:50:04.136	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aaad9edc950141a4437771321c8adba8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	378.500.000	23-11-2022	09:49:56.001	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5ae6d0c225701925af6703a01318987	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	379.500.000	23-11-2022	09:00:59.461	Propuesta
		Código Verificador:	73459d5f171b8112b29bd701cc1827c0	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	420.000.000	23-11-2022	09:50:42.352	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28f98f8045f46a9b31d7013e7cfb712	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	432.500.000	23-11-2022	09:00:59.463	Propuesta
		Código Verificador:	71f1ba637ce0fad16dfb07310bab5695	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	450.000.000	23-11-2022	09:00:59.462	Propuesta
		Código Verificador:	c7518107c8d0b5f2af2f96e005313c2e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	645.150.000	23-11-2022	09:00:59.462	Propuesta
		Código Verificador:	02202ef41ed69231d8d8b6aa951f8186	

4 - Ecografo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	108.000.000	23-11-2022	10:13:22.981	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c20dba38f628229b90c26bf759c82b6c	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	111.000.000	23-11-2022	10:13:19.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b898e11dad5aa362de615b034ec17103	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	112.000.000	23-11-2022	10:13:15.262	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2229fe77b839e0f5deef977a5463675b	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	112.000.000	23-11-2022	10:13:15.296	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b670969d3ac96161c01b4c76cf4e22a	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	114.000.000	23-11-2022	10:13:09.690	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0ecf629cf2ce7070aeafdddc599374e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	115.000.000	23-11-2022	10:13:00.091	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1e64e0b1fe03c6d73b1bc220460f272	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	118.000.000	23-11-2022	10:12:53.676	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	328566df2d8ed80c7a26d82e2ff81ad6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	119.000.000	23-11-2022	10:11:33.516	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4fc538d86f67d8d0df7912642a13172b	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	123.000.000	23-11-2022	10:11:27.514	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69ff8fbcf800d82a3ddd7a136d8670e4	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	124.000.000	23-11-2022	10:11:24.136	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6944ee2ee256088599ab7fbeb66a542e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	125.000.000	23-11-2022	10:11:14.765	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	288a32d44a36edad4501913f1abbc916	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	128.000.000	23-11-2022	10:11:08.567	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3982d6a32251c931adb56b3028ab9261	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	128.000.000	23-11-2022	10:11:15.668	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c5bb39b580bca038f2dfbb61dedf59c	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	129.000.000	23-11-2022	10:11:05.753	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	808016f948d9c88a05c1910878e77a91	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	130.000.000	23-11-2022	10:10:53.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0df484a457e0bffb32145b94eaae11	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	132.000.000	23-11-2022	10:10:48.356	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a5685c08e7df5f50daef47aa15015fd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	135.000.000	23-11-2022	10:10:41.813	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16267492ef1f4a87e88c3fc102a874bd	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	147.000.000	23-11-2022	10:10:39.472	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30aeaa081eb8290fd5dd06a9da94dc60	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	149.000.000	23-11-2022	10:10:35.100	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	525f867adeab8c9c37ee0074982f0d23	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	150.000.000	23-11-2022	10:10:24.174	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11c7298958b9cddb48d3e69f4db0fe36	

Listado General de todas las Ofertas

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	171.000.000	23-11-2022	10:10:28.929	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e82dab0437b1a0c66c0a0243b6a68e5c	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	173.000.000	23-11-2022	10:10:24.109	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f62d92854bddbe9d97f6e508eeb1a69	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	175.000.000	23-11-2022	10:10:16.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a31b569e87b6f2858062e3f2d19af7b3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	175.000.000	23-11-2022	10:10:17.178	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e6e4841b797fbc9e5b0c0823df91a29	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	176.000.000	23-11-2022	10:10:12.125	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	830a55c3d14bf7a7465c060e60855770	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	178.000.000	23-11-2022	10:10:10.729	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f13e8a4c69cfcf1f39da504381d61678	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	180.000.000	23-11-2022	10:10:04.882	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c312dd069d86e8e412385984e5b6ce2	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	185.000.000	23-11-2022	10:09:57.844	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08c3c2c4c208dfa4b839cc19b8c7a4b7	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	185.000.000	23-11-2022	10:09:59.753	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd05ebccc9352f87375c0968e7846435	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	188.000.000	23-11-2022	10:09:52.949	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea24ffe6ba99e9862b124ffec5b03c7d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	190.000.000	23-11-2022	10:09:46.801	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c82bd8f3c3cb3088f76f092522f5ab1b	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	203.000.000	23-11-2022	10:09:47.310	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6911a82aed0f0a4f4f08c4c73e5c955b	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	205.000.000	23-11-2022	10:09:42.809	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9840c6a8441ae3bd6d17c9bfd6526f5	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	206.000.000	23-11-2022	10:09:45.338	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9762b3636f4fa8efd8fc8b6ff164255	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	207.000.000	23-11-2022	10:09:39.058	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	566897ce37cb2818752224eb28a45b48	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	208.000.000	23-11-2022	10:09:32.444	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89e18764b91fa05930ef715bdfc52ed4	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	208.000.000	23-11-2022	10:09:36.617	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33cc1cd34239dc911a4d9bc5f06c3d70	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	210.000.000	23-11-2022	10:09:24.002	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ecaffc75f72d2d13b73ab5e9c412ef2a	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	214.000.000	23-11-2022	10:09:14.228	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1642f4beee1dccb64dbd609d4dab1e6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	215.000.000	23-11-2022	10:09:09.361	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0421743030cf967d91ea84f781a00a3	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	225.000.000	23-11-2022	10:09:04.304	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80679050b98275a62322d5857b32a66f	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	228.000.000	23-11-2022	10:08:59.108	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b887f7019b56c42ad57142e0a00842a6	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	235.000.000	23-11-2022	10:08:50.519	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21511e3c2fca2423100d3140f9a65d15	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	240.000.000	23-11-2022	10:08:44.164	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dccf68f07577f1e97f49b5b5d15c5f52	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	244.000.000	23-11-2022	10:08:25.421	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2dc129c7d0392bb8f3d8dff5eb8abd9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	250.000.000	23-11-2022	10:08:17.106	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef6c6251fb783e5117ed3214b3bc5a5b	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	270.000.000	23-11-2022	10:08:32.829	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4fb240eee80ddf7594ca804e63019016	
IMESE S.A. - 80016426-1	276.000.000	23-11-2022	10:08:31.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2748f5981831ae871885859f6e9ff5d7	

Listado General de todas las Ofertas

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	277.000.000	23-11-2022	10:08:12.633	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a788c96c307de298f774dd119887516	
IMESE S.A. - 80016426-1	278.000.000	23-11-2022	10:08:20.273	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a79dee4920f9b3105ebb927625c1752	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	279.000.000	23-11-2022	10:08:07.066	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cde35836cae458419242ff1da07e63b1	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	280.000.000	23-11-2022	10:08:00.137	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd8f92619fd57284485991e84bb864cf	
IMESE S.A. - 80016426-1	289.000.000	23-11-2022	10:07:59.842	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a59f965707de397e95ccc6010c3ddb3	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	290.000.000	23-11-2022	10:07:48.846	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06f2fb2d39f5399506576dd5263844d9	
IMESE S.A. - 80016426-1	315.000.000	23-11-2022	10:07:52.081	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9176a93618200fc246032d2ade28e0a7	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	317.000.000	23-11-2022	10:07:55.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c00c83a82609708b283361e6b7a1fea6	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	320.000.000	23-11-2022	10:07:37.661	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	946c5a9fd123409aaa62845128670e64	
IMESE S.A. - 80016426-1	320.000.000	23-11-2022	10:07:42.101	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7fa94087774847fd66dd176fdc92b238	
DEZETA S.A. - 80019208-7	320.000.000	23-11-2022	10:09:04.994	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	332b228f36a75b715d02d5c4de242b72	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	322.000.000	23-11-2022	10:07:45.249	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7235f7a768ec03b20c13034d0b5db0f7	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	325.000.000	23-11-2022	10:07:31.882	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f7ca3c894dddced1bfd25557d4a0f37	
IMESE S.A. - 80016426-1	329.000.000	23-11-2022	10:07:34.913	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9cb6c7604a0f77945f2be49b53c55fb7	
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	329.000.000	23-11-2022	10:07:37.471	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	713a84c81cda270ee8c08a4a16996c61	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	330.000.000	23-11-2022	10:07:13.656	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d47dc74d30fa00e96b2df3d9c7df3acf	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	335.000.000	23-11-2022	10:07:17.918	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96a84e749912b140d18449fc8981c53d	
IMESE S.A. - 80016426-1	340.000.000	23-11-2022	10:07:22.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1846b7100101fa36ec5ab31626b0548f	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	345.000.000	23-11-2022	10:07:09.606	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec4f065124987878c82c6cb66a44032a	
IMESE S.A. - 80016426-1	345.000.000	23-11-2022	10:07:13.261	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a619136a16502e292343f8e60a20e7c7	
DEZETA S.A. - 80019208-7	345.000.000	23-11-2022	10:07:38.757	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	271b293b99680e130719f119511a5769	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	346.000.000	23-11-2022	10:06:51.903	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5202bdf5f6246b79c69feb47b760760	
IMESE S.A. - 80016426-1	347.434.100	23-11-2022	09:00:59.550	Propuesta
		Código Verificador:	6cf0ab512c96c3521a73c3711cb79d3d	
DEZETA S.A. - 80019208-7	390.000.000	23-11-2022	10:07:10.525	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7440a897e8fc17df5eba8917c2e90d8	
DEZETA S.A. - 80019208-7	405.000.000	23-11-2022	10:06:53.995	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2f950520debd6b37dcb258b663f30f	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	409.000.000	23-11-2022	09:00:59.548	Propuesta
		Código Verificador:	9969e1eebf86ad71f69fbf070d4b3ec1	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	466.000.000	23-11-2022	09:00:59.549	Propuesta
		Código Verificador:	ec19c1c95ae13db50ecc20d7cc6e5c8e	
DEZETA S.A. - 80019208-7	470.000.000	23-11-2022	09:00:59.550	Propuesta
		Código Verificador:	f63453da2e425d59b71b7c994751098a	

Listado General de todas las Ofertas

SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	520.000.000	23-11-2022	09:00:59.548	Propuesta
		Código Verificador:	5fa4c8f444616ee5cac092c49c7d8faa	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	695.300.000	23-11-2022	09:00:59.549	Propuesta
		Código Verificador:	c522d0700833fed7f6f184ef9db152dd	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Ecografo

Oferente	Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	117.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	121.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	122.900.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	229.999.999
IMESE S.A. - 80016426-1	308.852.400

2 - Ecografo

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	148.000.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	152.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	200.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	202.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	278.000.000

3 - Ecografo

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	280.000.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	307.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	310.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	324.900.000

4 - Ecografo

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	108.000.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	111.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	206.000.000
IMESE S.A. - 80016426-1	276.000.000
DEZETA S.A - 80019208-7	320.000.000
SOLUMEDIC S.A. - 80023913-0	329.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80011068-4 - LCM SOCIEDAD ANÓNIMA

Item	Precio Ganador
1 - Ecografo	117.000.000

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
2 - Ecografo	148.000.000
3 - Ecografo	280.000.000
4 - Ecografo	108.000.000

Listado de Mensajes

1 - Ecografo

Listado de Mensajes

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-11-2022	09:10:06.750
Buenos días, comenzamos la Subasta.	23-11-2022	09:10:11.231
Señores esperamos mejores ofertas.	23-11-2022	09:10:14.075
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-11-2022	09:16:46.552
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-11-2022	09:16:48.603
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-11-2022	09:24:36.750
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-11-2022	09:31:05.848
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-11-2022	09:31:05.896

2 - Ecografo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-11-2022	09:31:13.724
Continuamos con la Subasta.	23-11-2022	09:31:19.489
Señores esperamos mejores ofertas.	23-11-2022	09:31:23.266
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-11-2022	09:31:24.772
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-11-2022	09:31:26.648
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-11-2022	09:37:26.807
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-11-2022	09:40:53.907
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-11-2022	09:40:53.942

3 - Ecografo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-11-2022	09:41:48.799
Continuamos con la Subasta.	23-11-2022	09:41:52.904
Señores esperamos mejores ofertas.	23-11-2022	09:41:55.946
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-11-2022	09:43:26.981
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-11-2022	09:43:28.961
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-11-2022	09:49:29.198
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-11-2022	09:57:50.230
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-11-2022	09:57:50.267

4 - Ecografo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-11-2022	09:58:10.565
Continuamos con la Subasta.	23-11-2022	09:58:14.826
Señores esperamos mejores ofertas.	23-11-2022	09:58:17.822
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-11-2022	10:00:40.283
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-11-2022	10:00:41.995
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-11-2022	10:06:42.141
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-11-2022	10:13:41.210
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-11-2022	10:13:41.246

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.