

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 418749

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 11:29 del día 10/11/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 418749 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL INCAN - PLURIANUAL de la Institución:

Código Verificador: 0fe11631bb602649743f0112ae3394d6

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Sub-UOC:	Instituto Nacional del Cancer - Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1431

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 1. En el punto: 5.4 Angulación vertical de la sección espalda: de -20° ó menos a +75° o más. Se consulta a la convocante si es posible abrir este punto para permitir participación de más oferentes. Se pide abrir el punto de angulación vertical de 75° o más a 70° o más. La diferencia en la angulación de 5° es ínfima por lo que se pide amablemente poder cambiar este punto. Recomendación de modificación: 5.4 Angulación vertical de la sección espalda: de -20° ó menos a +70° o más. Se consulta a la convocante si es posible abrir este punto para permitir participación de más oferentes. Se pide abrir el punto de angulación vertical de 75° o más a 70° o más. La diferencia en la angulación de 5° es ínfima por lo que se pide amablemente poder cambiar este punto. Recomendación de modificación: 5.4 Angulación vertical de la sección espalda: de -20° ó menos a +70° o más.	25-09-2023	15:20:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor mirirse al PBC, las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	09:03:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 2. En el punto: 5.7 Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de -60° a +50° Se consulta amablemente a la convocante si pudiese abrir este punto para permitir la participación de más oferentes. Se pide modificar la graduación de -60° a -45° y de +50° reducirlo a 25°. Con esta modificación, el punto quedaría como sigue: 5.7 Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de -45° o menos a +25° o más	25-09-2023	15:21:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor mirirse al PBC, las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	09:03:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 3. En el punto PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, para el ítem 1 (Mesa quirúrgica) se consulta amablemente a la convocante si es posible modificar este punto a por lo menos 90 días luego de la entrega del anticipo. Esto debido que al tamaño del equipo y las cantidades, necesariamente se debe producir e importarlos y esto demora al menos la cantidad de 90 días. Con esta modificación también se puede considerar un ahorro importante para la convocante en la adquisición de los equipos.	25-09-2023	15:22:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda 1	11-10-2023	09:04:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta 1. En el punto: 5.4 Angulación vertical de la sección espalda: de -20° ó menos a +75° o más. Se consulta a la convocante si es posible abrir este punto para permitir participación de más oferentes. Se pide abrir el punto de angulación vertical de 75° o más a 70° o más. La diferencia en la angulación de 5° es ínfima por lo que se pide amablemente poder cambiar este punto. Recomendación de modificación: 5.4 Angulación vertical de la sección espalda: de -20° ó menos a +70° o más.	25-09-2023	15:32:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor mitirse al PBC, las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	09:04:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 2. En el punto: 5.7 Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de -60° a +50° Se consulta amablemente a la convocante si pudiese abrir este punto para permitir la participación de más oferentes. Se pide modificar la graduación de -60° a -45° y de +50° reducirlo a 25°. Con esta modificación, el punto quedaría como sigue: 5.7 Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de -45° o menos a +25° o más	25-09-2023	15:33:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor mitirse al PBC, las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	09:05:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 3. En el punto PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, para el ítem 1 (Mesa quirúrgica) se consulta amablemente a la convocante si es posible modificar este punto a por lo menos 90 días luego de la entrega del anticipo. Esto debido que al tamaño del equipo y las cantidades, necesariamente se debe producir e importarlos y esto demora al menos la cantidad de 90 días. Con esta modificación también se puede considerar un ahorro importante para la convocante en la adquisición de los equipos.	25-09-2023	15:34:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda	11-10-2023	09:05:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN LOS ÍTEMS DONDE DICE: Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo En cuanto al mantenimiento correctivo, favor aclarar si únicamente se refiere al cambio de partes por defectos de fábrica y piezas que según protocolo del fabricante se recomiendan dentro de los 2 años de uso. La aclaración requerida, es debido a que si el cambio de partes es por cualquier tipo de evento, incluso el mal uso, los precios a cotizar serán excesivamente altos, por la imposibilidad de prever una cantidad aproximada y también se podrían dar incumplimientos contractuales, por haber ofertado precios desconociendo la cantidad de eventos para cambio de partes.	26-09-2023	17:29:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que la garantía es por defecto de fabricación y los mantenimientos preventivos segun protocolo de mantenimiento emitido por la fabri	11-10-2023	09:07:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos Incluir Normas de Mercosur-Anvisa. Son las mismas que las CE FDA y otras.	27-09-2023	11:08:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los requerimientos de calidad son las mínimas solicitada por el servicio, además muchos fabricantes de equipos con certificación ANVISA (BRASIL) también obtienen la CE, FDA u otras cuando cumplen con los requisitos de la misma	11-10-2023	09:09:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 3 Normativa, 3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad general: ISO 13485. Solicitamos a la convocante incluir Certificado de Buenas Practicas de Fabricación y Control de Productos para la Salud, emitido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), país Brasil, ya que dicho documento se encuentra homologado a nivel del Mercosur para la Fabricación y Comercialización de Productos Médicos	27-09-2023	21:58:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	09:11:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 3 Normativas: 3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos a la convocante incluir Normas de Mercosur (ANVISA), son las mismas que las CE, FDA y otras.	27-09-2023	22:01:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los requerimientos de calidad son las mínimas solicitada por el servicio, además muchos fabricantes de equipos con certificación ANVISA (BRASIL) también obtienen la CE, FDA u otras cuando cumplen con los requisitos de la misma	11-10-2023	09:11:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Punto 3 Normativas: 3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad general: ISO 13485. Solicitamos a la convocante incluir Certificado de Buenas Practicas de Fabricación y Control de Productos para la Salud, emitido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), país Brasil, ya que dicho documento se encuentra homologado a nivel del Mercosur para la Fabricación y Comercialización de Productos Médicos.	27-09-2023	22:03:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los requerimientos de calidad son las mínimas solicitada por el servicio, además muchos fabricantes de equipos con certificación ANVISA (BRASIL) deben obtener la ISO13485 cuando cumplen con los requisitos internacionales de fabricación de dispositivos médicos	11-10-2023	09:12:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 3 Normativa, 3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad general: ISO 13485. Solicitamos a la convocante incluir Certificado de Buenas Practicas de Fabricación y Control de Productos para la Salud, emitido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), país Brasil, ya que dicho documento se encuentra homologado a nivel del Mercosur para la Fabricación y Comercialización de Productos Médicos.	28-09-2023	09:00:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los requerimientos de calidad son las mínimas solicitada por el servicio, además muchos fabricantes de equipos con certificación ANVISA (BRASIL) deben obtener la ISO13485 cuando cumplen con los requisitos internacionales de fabricación de dispositivos médicos	11-10-2023	09:13:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 3 Normativas: 3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos a la convocante incluir Normas de Mercosur (ANVISA). Son las mismas que las CE, FDA y otras.	28-09-2023	09:02:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los requerimientos de calidad son las mínimas solicitada por el servicio, además muchos fabricantes de equipos con certificación ANVISA (BRASIL) también obtienen la CE, FDA u otras cuando cumplen con los requisitos de la misma	11-10-2023	09:14:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 3 Normativas: 3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad general: ISO 13485. Solicitamos a la convocante incluir Certificado de Buenas Practicas de Fabricación y Control de Productos para la Salud, emitido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), país Brasil, ya que dicho documento se encuentra homologado a nivel del Mercosur para la Fabricación y Comercialización de Productos Médicos.	28-09-2023	09:03:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los requerimientos de calidad son las mínimas solicitada por el servicio, además muchos fabricantes de equipos con certificación ANVISA (BRASIL) deben obtener la ISO13485 cuando cumplen con los requisitos internacionales de fabricación de dispositivos médicos	11-10-2023	09:17:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 3 Normativas: 3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA y CE se debe cumplir con ambas. Solicitamos a la convocante incluir Normas de Mercosur (ANVISA). Son las mismas que las CE, FDA, y que debe cumplir al menos alguna de ellas.	28-09-2023	09:04:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la nueva versión del pliego de bases y condiciones	11-10-2023	09:23:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 3 Normativas: 3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad general: ISO 13485. Solicitamos a la convocante incluir Certificado de Buenas Practicas de Fabricación y Control de Productos para la Salud, emitido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), país Brasil, ya que dicho documento se encuentra homologado a nivel del Mercosur para la Fabricación y Comercialización de Productos Médicos	28-09-2023	09:06:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los requerimientos de calidad son las mínimas solicitada por el servicio, además muchos fabricantes de equipos con certificación ANVISA (BRASIL) deben obtener la ISO13485 cuando cumplen con los requisitos internacionales de fabricación de dispositivos médicos	11-10-2023	09:23:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Rango de movimiento de 26 cm o mayor. Solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos cuyas mesas tengan un movimiento transversal de 25 cm o mayor considerando que la modificación es mínima y que no afecta al desempeño real del equipo y con lo cual se estará permitiendo la participación de una mayor cantidad de oferentes.	28-09-2023	09:15:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	09:24:57
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5.1 Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 o mayor, motorizado. Solicitamos amablemente a la convocante permitan cotizar equipos con bucky mural contrabalaceado con movimiento manual considerando que la utilización diaria del bucky en la generalidad es por el método manual y no motorizado y que además que el hecho de que sea motorizado implicaría en un aumento innecesario del costo del equipo.	28-09-2023	09:19:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	09:25:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En punto 4.1.2. Frecuencia mínima de 300 kHz. Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar equipos con una frecuencia mínima 25kHz, a fin de brindar mayor oportunidad a los oferentes.	28-09-2023	09:37:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	09:27:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3.2. 4.3.2 Rango de recorrido vertical de 165 cm o superior. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con rango de recorrido vertical de 120 cm o superior, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.	28-09-2023	09:40:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	09:28:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3.2. 4.3.2 Rango de recorrido vertical de 165 cm o superior. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con rango de recorrido vertical de 120 cm o superior, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.	28-09-2023	09:40:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	09:30:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3.4 4.3.4 Rotación del tubo alrededor del eje horizontal como mínimo -40° a 130°. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con rotación del tubo como mínimo -40° a +120°, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.	28-09-2023	09:43:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	09:31:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.4.5 4.4.5 Movimiento longitudinal de 100 cm o mayor. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con movimiento longitudinal de 90 cm o mayor, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas.	28-09-2023	09:45:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	09:32:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.4.7 4.4.7 Distancia foco-detector de 125 cm o superior. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con distancia foco-detector de 110 cm o superior a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas.	28-09-2023	09:47:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	09:32:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.6.1 Detector inalámbrico o con longitud de cable detector mínimo de 6 metros. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con detector alambriaco para garantizar el tiempo de adquisicion, o en todo caso solicitar inalambriaco y/o alambriaco, a fin de brindar mayor oportunidad de participacion a los oferentes.	28-09-2023	09:49:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones	11-10-2023	09:33:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto 1.4.1 Visualización de imagen: Previsualización < 4 segundos. Imagen completa < 12 segundos. Solicitamos a la Convocante eliminar o dejar como "opcional" la función previsualización, ya que es característica de una marca específica, por tanto solicitamos a la Convocante modificar dicho punto.	28-09-2023	09:52:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio. Se aclara que dicha característica cumplen varias marcas.	11-10-2023	09:33:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.2 donde solicita: Frecuencia mínima de 300 kHz, solicitamos a la convocante modificar esta redacción considerando que es un poco ambigua, y que además el parámetro solicitado representa un criterio de diseño del fabricante que no afecta a la calidad de la radiación producida siempre y cuando se trate de generadores de alta frecuencia. Por este motivo solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos con Frecuencia máxima del invertir de 50kHz o superior. Además con esto se estará permitiendo la participación de una mayor cantidad de oferentes principalmente de las marcas renombradas.	28-09-2023	11:49:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	09:51:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.6 Rango de mAs de 0,1 o menor a 600 o mayor, solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos con rango de mAs de 0,5 o menor a 600 o mayor considerando que valores inferiores a 0,5 mAs no son generalmente utilizados en la práctica diaria y que con esto se estaría ampliando el abanico de oferentes y no limitando la participación de oferentes por un valor que no afecta al desempeño del equipo.	28-09-2023	11:50:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	09:52:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3.2 Rango de recorrido vertical de 165 cm o mayor, solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos cuyo recorrido vertical sean de 155 cm o mayor considerando que con este valor se cubre toda la extensión del cuerpo humano en posición de bipedestación cubriendo todos los requerimientos de una sala radiográfica convencional.	28-09-2023	11:50:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	09:52:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.5.1 Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado solicitamos a la convocante permitan cotizar bucky con movimiento manual contrabalanceado que es la modalidad utilizada en la gran mayoría de las salas de rayos del país y el mundo, evitando de esta manera un sobre costo innecesario y además al ser un movimiento motorizado se incorpora otro posible punto de falla del equipo.	28-09-2023	11:51:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	09:53:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.6.7 donde solicitan un DQE de 65%, solicitamos a la convocante permitan ofertar paneles cuya eficiencia de detección cuántica haya sido evaluada bajo la norma RQA5, 2.5uGy, IEC 62220-1, la cual es un estándar muy utilizado por diversos fabricantes, por lo tanto. Por lo tanto solicitamos permitan cotizar paneles detectores con DQE de 65% o superior en una dosis de 2,5uGy o menor.	28-09-2023	11:51:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	09:53:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 1: Mesa Quirúrgica, en el punto N° 4.8 dice: Largo de la mesa: 190 ± 10 cm. A fin de dar participación a mayor cantidad de oferentes solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con Largo de la Mesa: 200 ± 10cm; ya con esto se podrá cubrir cirugías de pacientes más altos y no tener que depender de otra mesa para cubrir esa necesidad	28-09-2023	16:00:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas. Se podrá cotizar equipos con mejores prestaciones	11-10-2023	09:54:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.2 donde solicita: Frecuencia mínima de 300 kHz, solicitamos a la convocante modificar o sea opcional debido a que la frecuencia solicitada varía de acuerdo a la marca del equipo.	28-09-2023	16:01:01
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	09:55:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 1: Mesa Quirúrgica, en el punto 5.1 dice: Elevación desde 70 cm o menos a 110 cm o más. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Elevación desde 75 ± 10 cm o menos a 110 cm ± 10 cm.	28-09-2023	16:01:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas. Se podrá cotizar equipos con mejores prestaciones	11-10-2023	09:59:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 1: Mesa Quirúrgica, en el punto 5.7 dice: Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de -60° a +50°. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de -60° o mejor a +45° ± 10cm.	28-09-2023	16:01:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas. Se podrá cotizar equipos con mejores prestaciones. Además el oferente podrá cotizar equipos con mejores prestaciones	11-10-2023	10:00:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante verificar la redacción de lo solicitado en las especificaciones ya que están escritas alrevez los ángulos, el de vertical debería ser el horizontal y viceversa.	28-09-2023	16:01:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones	11-10-2023	10:00:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 6: Monitor multiparametrico de media complejidad en el punto 4.4 dice: Manipuleo y control directamente mediante mando rotatorio: Cabe mencionar que en el punto 4.2 menciona Pantalla táctil de 12 pulgadas como mínimo. FAVOR NOTAR QUE HAY UNA INCOHERENCIA EN LAS ESPECIFICACIONES en estos puntos. Recomendamos que el punto 4.4 quede de la siguiente manera: Manipuleo y control directamente mediante TOUCH SCREEN (Pantalla Táctil).	28-09-2023	16:02:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas. Se aclara que el equipo deberá cumplir con ambas funciones, pantalla táctil y mando rotatorio.	11-10-2023	10:01:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.4.6 Movimiento transversal de 26 cm o mayor. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con Movimiento transversal de 12cm cm o mayor y así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas y brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.	28-09-2023	16:02:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	10:01:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 6: Monitor multiparametrico de media complejidad, Punto 4.5 dice: Conectividad a la red de monitoreo. (conexión con cables y/o sin cables). Recomendamos para este punto solo la alternativa de conexión sin cables por el alto costo que representa un cableado en un hospital. Refiere a la posibilidad de que debe contar con conectividad. Recomendamos posibilidad a futuro, ya que no se está solicitando ningún tipo de accesorio o central de monitoreo para esta capacidad.	28-09-2023	16:02:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la adenda. Se aclara que el equipo debe contar con la posibilidad de conexión a la red sin cables o por medios inalámbricos.	11-10-2023	10:01:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.5.1: Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado. Solicitamos a la Convocante modificar el Rango de recorrido vertical de 68 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.	28-09-2023	16:02:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	10:02:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

ITEM 6: Monitor multiparametrico de media complejidad, Punto 4.8 dice: Registrador integrado con posibilidad de impresión de hasta tres canales de información. Ancho de registro 48 mm aproximadamente. Velocidad del papel 25, 50 mm/s. solicitamos a la convocante que este punto se declare como OPCIONAL	28-09-2023	16:04:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones	11-10-2023	10:03:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 6: Monitor multiparametrico de media complejidad, Punto 4.15 dice: Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). Con batería de al menos 240 minutos de autonomía. Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con las siguientes especificaciones: Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). Con batería de al menos 60 minutos de autonomía o mejor.	28-09-2023	16:05:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	10:03:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 6: Monitor multiparametrico de media complejidad, Punto 4.16 dice: Registrador integrado que imprime hasta tres canales de información, Velocidad del papel 25, 50 mm/s. solicitamos a la convocante que este punto se declare como OPCIONAL	28-09-2023	16:05:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones	11-10-2023	10:04:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 6: Monitor multiparametrico de media complejidad, Punto 5.2.3 dice: Rango de medición y alarma: 20 a 300 lpm. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Rango de medición y alarma: 25 a 250 lpm o mejor rango	28-09-2023	16:05:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones	11-10-2023	10:04:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 6: Monitor multiparametrico de media complejidad, Punto 5.3.5 dice: Resolución: 1 rpm. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Resolución: 2 rpm o mejor.	28-09-2023	16:06:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	10:05:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 6: Monitor multiparametrico de media complejidad, Punto 5.3.6 dice: Rango de medición: Adultos: de 0 a 120 rpm, Neonato/Pediátrico: de 0 a 150 rpm. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Rango de medición: Adultos: de 0 a 120 rpm, Neonato/Pediátrico: de 0 a 120 rpm o mejor rango	28-09-2023	16:06:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	10:05:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 7: Monitor multiparametrico de alta complejidad. Punto 4.4 Manipuleo y control directamente mediante mando rotatorio: Cabe mencionar que en el punto 4.2 menciona Pantalla táctil de 12 pulgadas como mínimo. FAVOR NOTAR QUE HAY UNA INCOHERENCIA EN LAS ESPECIFICACIONES en estos puntos. Recomendamos que el punto 4.4 quede de la siguiente manera: Manipuleo y control directamente mediante TOUCH SCREEN (Pantalla Táctil).	28-09-2023	16:07:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas. Se aclara que el equipo deberá cumplir con ambas funciones, pantalla táctil y mando rotatorio.	11-10-2023	10:06:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 7: Monitor multiparametrico de alta complejidad. Punto 4.6 dice Conectividad a la red de monitoreo. (conexión con cables y/o sin cables). Recomendamos para este punto solo la alternativa de conexión sin cables por el alto costo que representa un cableado en un hospital. Refiere a la posibilidad de que debe contar con conectividad. Recomendamos posibilidad a futuro, ya que no se está solicitando ningún tipo de accesorio o central de monitoreo para esta capacidad.	28-09-2023	16:07:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Favor remitirse a la adenda. Se aclara que el equipo debe contar con la posibilidad de conexión a la red sin cables o por medios inalámbricos.	11-10-2023	10:07:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 7: Monitor multiparametrico de alta complejidad. Punto 4.8 dice: Tendencias gráficas y numéricas de 1000 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Tendencias gráficas y numéricas de 150 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa.	28-09-2023	16:08:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	10:07:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 7: Monitor multiparametrico de alta complejidad. Punto 4.9 dice: 15 tipos de cálculos de dosis de medicamentos. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera. 10 tipos de cálculos de dosis de medicamentos o mejor.	28-09-2023	16:08:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la adenda. Se aclara el requerimiento de la siguiente manera, al menos 10 tipos de cálculos de dosis de medicamentos.	11-10-2023	10:08:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 7: Monitor multiparametrico de alta complejidad Punto 4.12 dice: Sistema para fijación de cada monitor: montaje de pared original de la misma fábrica. Solicitamos a la convocante que este punto se declare como OPCIONAL	28-09-2023	16:09:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	10:10:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 7: Monitor multiparametrico de alta complejidad. Punto 4.16 dice: Al menos 4 interfaz USB. Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con: Al menos 1 interfaz USB o mejor.	28-09-2023	16:09:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones	11-10-2023	10:11:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante ampliar la fecha de entrega para el ítem N° 3 Equipos de Rayos X Fijo a 160 días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo debido al tiempo de fabricación y de importación del equipo.	28-09-2023	16:09:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones	11-10-2023	10:11:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 7: Monitor multiparametrico de alta complejidad. Punto 4.17 dice: Alimentación eléctrica: 220V CA $\pm 10\%$ / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). Con batería de al menos 180 minutos sin necesidad de baterías externas. Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con las siguientes especificaciones: Alimentación eléctrica: 220V CA $\pm 10\%$ / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). Con batería de al menos 60 minutos o mejor sin necesidad de baterías externas.	28-09-2023	16:10:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	10:12:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 7: Monitor multiparametrico de alta complejidad. Punto 5.15 dice: Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. Rango de medición de 0 a 150 respiraciones por minuto. Solicitamos a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. Rango de medición de 0 a 120 minutos respiraciones por minuto o mejor	28-09-2023	16:10:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	10:13:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante actualizar los precios referenciales ya que se encuentran desfasados.	28-09-2023	16:12:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los precios referenciales están acorde a las exigencias técnicas requeridas y en base a análisis de presupuestos y licitaciones anteriores	11-10-2023	10:13:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Manipuleo y control por pantalla táctil y mando rotatorio. Solicitamos a la convocante permitir que la opción de control por pantalla táctil sea opcional y de esa manera también agregar la opción de botones. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Manipuleo y control por pantalla táctil o mando rotatorio o botones.	28-09-2023	17:03:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas. Se aclara que el equipo deberá cumplir con ambas funciones, pantalla táctil y mando rotatorio.	11-10-2023	10:14:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Sistema para fijación de cada monitor: montaje de pared con canastilla para accesorios, original de la misma fábrica del monitor. Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Monitor con Sistema para fijación de cada monitor o Soporte de pared de fabricación nacional	28-09-2023	17:03:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	10:14:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Con batería de al menos 240 minutos de autonomía. Solicitamos a la convocante permitir que sea 120 minutos de autonomía como mínimo. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Con batería de 120 minutos de autonomía como mínimo, y 240 minutos como máximo.	28-09-2023	17:04:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	10:15:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad Temperatura: En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Rango de medición y alarma de 0 a 50 °C Solicitamos a la convocante permitir cotización de Rango de medición y alarma de 21.0 a 50.0 °C. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Rango de medición y alarma de 0 o mayor a 50 °C como mínimo.	28-09-2023	17:05:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	10:15:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad Presión no invasiva: En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Resolución: 1mmHg Solicitamos a la convocante permitir cotización de Resolución: +3mmHg . De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Resolución: 1mmHg como mínimo.	28-09-2023	17:05:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	10:16:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad Otros Requerimientos En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Garantía de por lo menos 2 (dos) años. Solicitamos a la convocante permitir la cotización con 1 (un) año de garantía De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Garantía de 1 (un) año como mínimo.	28-09-2023	17:06:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	10:18:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad Otros Requerimientos Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Manual usuario en español o inglés. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Manual usuario en español o inglés. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	28-09-2023	17:06:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	10:19:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad Accesorios por cada equipo En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Cinco cables de paciente para ECG de 5 puntas. Solicitamos a la convocante permitir de un cable paciente como mínimo De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Un cable paciente para ECG de 5 puntas como mínimo y Cinco como máximo.	28-09-2023	17:08:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	10:19:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En una parte de las especificaciones técnicas el Convocante solicita: 4.1 - Cuatro secciones: cabeza, dorso, renal o sentadura y piernas Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Cuatro secciones (o más): cabeza, dorso, renal o sentadura y piernas.	28-09-2023	17:09:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones	11-10-2023	10:20:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En una parte de las especificaciones técnicas el Convocante solicita: 4.6 - Revestida con material de acero inoxidable. Sugerimos respetuosamente al Convocante especificar la calidad del acero para mayor durabilidad de la Mesa Quirúrgica. Por lo expuesto solicitamos respetuosamente al Convocante poder cotizar equipos con: Revestida con material de acero inoxidable AISI 316L o superior.	28-09-2023	17:10:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio. Se podrá cotizar equipos con mejores prestaciones	11-10-2023	10:21:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad Accesorios por cada equipo En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Cuatro sensores reusables de temperatura de piel Solicitamos a la convocante permitir un sensor reusable de temperatura de piel como mínimo. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) como mínimo y Cuatro como máximo.	28-09-2023	17:10:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	10:26:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En una parte de las especificaciones técnicas el Convocante solicita: 4.8 - Largo de la mesa: 190 ± 10 Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Largo de la mesa: 190 ± 20 .	28-09-2023	17:12:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones	11-10-2023	10:26:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En una parte de las especificaciones técnicas el Convocante solicita: 5.4 - Angulación vertical de la sección espalda: de -20° ó menos a $+75^\circ$ o más Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Angulación vertical de la sección espalda: de -40° ó menos a $+75^\circ$ o más.	28-09-2023	17:12:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	11-10-2023	10:27:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En una parte de las especificaciones técnicas el Convocante solicita: 5.6 - Angulación horizontal de la sección de piernas: de 0° a 90° . (apertura lateral de la pierna) Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Angulación horizontal de la sección de piernas: de 0° a 90° o mayor. (apertura lateral de la pierna).	28-09-2023	17:13:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones	11-10-2023	10:28:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En una parte de las especificaciones técnicas el Convocante solicita: 5.7 - Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de -60° a $+50^\circ$. Solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de -60° (o menor) a $+50^\circ$ (o mayor).	28-09-2023	17:13:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio. Se podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.	11-10-2023	10:53:41

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En una parte de las especificaciones técnicas el Convocante solicita: 4.2 - Pantalla LCD que permita visualizar el programa utilizado, la potencia ajustada. Sugerimos respetuosamente al Convocante agregar el tamaño de la pantalla para que el usuario pueda tener una mejor visibilidad de las funciones utilizadas en cirugía. Por lo expuesto solicitamos respetuosamente al convocante permitir la cotización de equipos con: Pantalla LCD de 7 pulgadas (o mayor) que permita visualizar el programa utilizado, la potencia ajustada.	28-09-2023	17:16:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:53:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En una parte de las especificaciones técnicas el Convocante solicita: 9.3 - Pinza bipolar recta reutilizable. Cantidad: 2 (dos) unidades por equipo Sugerimos respetuosamente al Convocante aclara si se el tamaño de la Pinza Bipolar. Por lo expuesto solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Pinza bipolar recta 20 cm de largo (variación permitida +/- 2 cm). Diámetro de las puntas 0,3 mm (variación permitida +/- 0,2 mm) reutilizable. Cantidad: 2 (dos) unidades por equipo	28-09-2023	17:16:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:52:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En una parte de las especificaciones técnicas el Convocante solicita: 9.4 - Pinza bipolar con bayoneta reutilizable. Cantidad: 2 (dos) unidades por equipo Sugerimos respetuosamente al Convocante aclara si se el tamaño de la Pinza Bipolar. Por lo expuesto solicitamos respetuosamente al Convocante permitir la cotización de equipos con: Pinza bipolar con bayoneta de 20 cm de largo (variación permitida +/- 2 cm). Diámetro de las puntas 0,3 mm (variación permitida +/- 0,2 mm) reutilizable. Cantidad: 2 (dos) unidades por equipo	28-09-2023	17:17:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:51:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En una parte de las especificaciones técnicas el Convocante solicita: 9.7 - Pinzas para cirugía RTU 01 unidad de pinza bipolar Sugerimos respetuosamente al Convocante aclara si se está refiriendo al resectoscopio.	28-09-2023	17:17:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la adenda. Se aclara esta solicitud como requerimiento OPCIONAL.	11-10-2023	10:51:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
: En la Página 50 del PBC en su Apartado Plan de Entrega dice: La entrega de los bienes se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado, 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo. Solicitamos al Convocante que el plan de entrega sea de 90 días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo. Considerando que algunos equipos tienen que ser Importados.	28-09-2023	17:29:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor dirigirse a la adenda, el plan de entrega de los bienes serán 90 (noventa) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo.	11-10-2023	10:50:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 1 Mesa de Cirugía Solicitamos amablemente a la convocante agregar a las especificaciones técnicas Función de nivelación o auto restauración de posición considerando que el monto referencial corresponde a mesas de cirugía de alta prestación y que dicha función es necesario para casos donde se requiera establecer la posición original de la mesa en caso de urgencia.	01-10-2023	14:12:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor dirigirse a la adenda. Equipo con función de nivelación o autorestauración de posición mediante un botón.	11-10-2023	10:50:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 1 Mesa de cirugía Solicitamos amablemente a la convocante agregar a las especificaciones técnicas movimiento de inclinación lateral de al menos 18° izquierda y 18° derecha, considerando que dicha función es necesaria en algunos procedimientos como cirugía de cráneo y otras aplicaciones, además de que la solicitud hace referencia a equipamientos de alta prestación y de esa manera aclarar todos los puntos requeridos para el Item.	01-10-2023	14:12:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor dirigirse a la adenda. Equipo con movimiento de inclinación lateral al menos 18° izquierda y 18° derecha.	11-10-2023	10:49:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

ITEM 1 Mesa de cirugía Solicitamos amablemente a la convocante agregar a las especificaciones técnicas movimiento de elevación puente renal de 11cm o mayor, teniendo en cuenta que dicha función es necesaria para cirugías donde se requiera de procedimientos como cirugía renal, uréteres, o pulmón sin la necesidad de agregar almohadas o calces que son incómodos para el cirujano, y además tener en cuenta que el requisito hace referencia a equipamientos de alta prestación.	01-10-2023	14:12:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor dirigirse a la adenda. Equipo con movimiento de elevación puente renal de 11cm o mayor.	11-10-2023	10:49:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 2 Electrobisturi Donde dice Corriente fraccionadas para la endoscopia, favor aclarar a cual función hace referencia, entendemos que se refiere a una salida monopolar donde especifica la salida física para la conexión del electrodo cuando se utiliza con endoscopio, sugerimos a la convocante especificar de la siguiente manera Salida monopolar para uso con endoscopio y de esta manera aclarar dudas o ambigüedades en el requerimiento.	01-10-2023	14:13:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se solicita una salida física monopolar extra para la conexión del electrodo cuando se utiliza con endoscopio.	11-10-2023	10:49:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 2 Electrobisturi Donde dice Corte puro para urología, ajustable de 10 o menor a 350W o mayor, sugerimos a la convocante aceptar equipos con rango de potencia de 10 o menor a 290W o mayor para uso en urología, consideramos que la potencia es suficiente para dicha aplicación y que no afectará a las prestaciones del mismo, además de esta manera dar mayor participación a oferentes y por lo tanto mejores ofertas	01-10-2023	14:13:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:48:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 2 Electrobisturi Donde dice Pinza para cirugía RTU; 01 pinza bipolar, solicitamos amablemente a la convocante eliminar este requerimiento considerando que las características técnicas solicitada corresponde a unidad electroquirúrgica para uso general, y teniendo en cuenta que estos tipos de instrumentales se utilizan en equipamientos con función sellador de vasos, endoscopios (conjunto lente, pinza, etc) u otras funciones propicias para el uso de dicho instrumental, las cuales no están explícitas en el requerimiento.	01-10-2023	14:13:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la adenda. Se aclara esta solicitud como requerimiento OPCIONAL.	11-10-2023	10:47:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 2 Electrobisturi Donde dice Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado. Solicitamos amablemente a la convocante requerir dicho documento de la siguiente manera: Normas de calidad general: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado o naturaleza del bien. Se debe tener en cuenta que la ISO 13485 son certificaciones de calidad de fabricación de dispositivos médicos, generalmente específica la naturaleza del bien que fabrica.	01-10-2023	14:13:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la nueva versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:47:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 5 Sillon Odontologico Donde dice Donde dice Normas de calidad generales: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado. Solicitamos amablemente a la convocante requerir dicho documento de la siguiente manera: Normas de calidad general: ISO 13485. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado o naturaleza del bien. Se debe tener en cuenta que la ISO 13485 son certificaciones de calidad de fabricación de dispositivos médicos, generalmente específica la naturaleza del bien que fabrica.	01-10-2023	14:14:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la nueva versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:47:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 7 Monitor multiparamétrico de alta complejidad Donde dice Normas de calidad específicas: FDA y CE se debe cumplir con ambas Solicitamos amablemente a la convocante aceptar norma de calidad FDA o CE no ambas considerando que son normativas iguales o pares iguales provenientes de diferentes regiones FDA (Americana), CE (Europea). Además existen otras normativas similares como JIS. Con la aceptación de esta petición se evita la interpretación de direccionamiento de marca o cierre de especificaciones técnicas y dar participación a mayor cantidad de oferentes que puedan cumplir con una de las calidades específicas.	01-10-2023	14:14:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la nueva versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:46:44
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 7 Monitor multiparamétrico de alta complejidad Donde dice 15 tipos de cálculos de dosis de medicamentos, solicitamos amablemente a la convocante requerir de como mínimo 6 tipos de cálculos de dosis de medicamentos teniendo en cuenta que estos pueden ser configurados de distintas maneras y que no limita las prestaciones del equipo, además dar posibilidad de participación de mayor cantidad de oferentes y por lo tanto obtener mejores ofertas. Además aceptando esta sugerencia no limitar las especificaciones técnicas que son propicias de cierta marca.	01-10-2023	14:14:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la nueva versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:46:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 7 Monitor multiparamétrico de alta complejidad Donde dice Al menos 4 interfaz USB, Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con al menos 1 interfaz USB teniendo en cuenta que dicho puerto se utiliza para actualizaciones y descarga de datos, mayor cantidad de puerto USB es redundante y la aceptación de dicha sugerencia no altera las prestaciones del equipo, y evitar requerir especificaciones técnicas de cierta marca. Las licitaciones se realizan con la intención de obtener un producto requerido con mayor cantidad de oferentes.	01-10-2023	14:15:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la última versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:45:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.2 del ítem 3 donde dice Frecuencia mínima de 300 kHz solicitamos a la convocante modificar a Frecuencia mínima de 100 kHz o mejor debido a que la mayoría de los equipos de tecnologías superiores y actualizadas tienen 100kHz, por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.	01-10-2023	16:53:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:45:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.6 del ítem 3 donde dice Rango de mAs de 0,1 o menor a 600 o mayor solicitamos a la convocante modificar a Rango de mAs de 0,5 o menor a 600 o mayor dicho rango es estándar en la mayoría de los equipos de rayos X fijo y lo normalmente aceptado por los médicos, además la diferencia solicitada es mínima lo cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.	01-10-2023	16:54:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:45:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3.2 del ítem 3 donde dice Rango de recorrido vertical de 165 cm o superior solicitamos a la convocante modificar a Rango de recorrido vertical de 145 cm o superior. Cada fabricante maneja un rango de recorrido vertical propio para el diseño de su equipo, el cual es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnóstico, por lo que solicitamos modificar el presente punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.	01-10-2023	16:55:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:44:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3.3 del ítem 3 donde dice Rotación del tubo alrededor del eje vertical como mínimo de -30° +30° solicitamos a la convocante aclarar si lo solicitado se refiere a la rotación del soporte de columna.	01-10-2023	16:55:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la nueva versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:44:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.4.5 del ítem 3 donde dice Movimiento longitudinal de 100 cm o mayor solicitamos a la convocante modificar a Movimiento longitudinal de 68 cm o mayor Cada fabricante maneja un movimiento longitudinal propio para el diseño de su equipo, el cual es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnóstico, por lo que solicitamos modificar el presente punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.	01-10-2023	16:56:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:43:47

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.5.1 del ítem 3 donde dice Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado solicitamos a la convocante modificar a Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado o manual, debido a que en el punto 4.2.6 solicitan control de colimación MANUAL.	01-10-2023	16:58:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:43:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.6.3 del ítem 3 donde dice Tamaño de área activa del detector de 43cm x 43cm o mayor solicitamos a la convocante modificar a Tamaño de área activa del detector de 42.5 cm x 42.5 cm o mayor la diferencia solicitada es mínima lo cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.	01-10-2023	16:59:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:42:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.6.4 del ítem 3 donde dice Matriz de 3072 x 3072 o mayor solicitamos a la convocante modificar a Matriz de 3070 x 3070 o mayor Cada fabricante maneja una matriz propia para el diseño de su equipo, además la diferencia solicitada es mínima, la cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.	01-10-2023	17:08:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:42:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.6.8 del ítem 3 donde dice Transmisión de datos: Previsualización 3,5 segundos. Imagen completa 5 segundos solicitamos a la convocante modificar a Transmisión de datos: Previsualización 3,5 segundos. Imagen completa 7 segundos dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de rayos X fijo y lo normalmente aceptado por los médicos, además la diferencia solicitada es mínima, la cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.	01-10-2023	17:09:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:41:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.6.8 del ítem 3 donde dice Transmisión de datos: Previsualización 3,5 segundos. Imagen completa 5 segundos solicitamos a la convocante modificar a Transmisión de datos: Previsualización 3,5 segundos. Imagen completa 7 segundos dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de rayos X fijo y lo normalmente aceptado por los médicos, además la diferencia solicitada es mínima, la cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.	01-10-2023	17:10:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:41:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.6.8 del ítem 3 donde dice Transmisión de datos: Previsualización 3,5 segundos. Imagen completa 5 segundos solicitamos a la convocante modificar a Transmisión de datos: Previsualización 3,5 segundos. Imagen completa 7 segundos dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de rayos X fijo y lo normalmente aceptado por los médicos, además la diferencia solicitada es mínima, la cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.	01-10-2023	17:12:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:40:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6.3 del ítem 3 donde dice Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo solicitamos aclarar que la garantía no incluye daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgaste natural.	01-10-2023	17:13:11

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que la garantía es por defecto de fabricación y los mantenimientos preventivos según protocolo de mantenimiento emitido por la fabrica.	11-10-2023	10:40:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo solicitamos a la convocante modificar dicho punto a Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes 60 (sesenta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional.	01-10-2023	17:13:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la adenda, 90 (noventa) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo.	11-10-2023	10:38:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Plazo de reposición de bienes 10 (diez) días hábiles desde su notificación por escrito al proveedor" solicitamos a la convocante modificar dicho punto a "Plazo de reposición de bienes 15 (quince) días hábiles desde su notificación por escrito al proveedor " Lo solicitado se debe a que en el plazo de reposición de bienes se deben considerar: los plazos de Importación de los Bienes, el tiempo en tránsito y los procesos aduaneros realizados por terceros.	01-10-2023	17:14:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los requerimientos son plazos solicitado por el servicio.	11-10-2023	10:38:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC en la sección CAPACIDAD TÉCNICA, Dice: Con el objetivo de calificar la capacidad técnica del oferente, se considerarán los siguientes índices: a) Detalles que se observan en las EEETT, además debe incluir mantenimientos preventivos y correctivos por dos años. Solicitamos aclarar en el inciso a) Los bienes ofertados deben cumplir a cabalidad las especificaciones técnicas, incluyendo la provisión de mantenimientos preventivos y correctivos con provisión de repuestos.	01-10-2023	22:45:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que deberán cumplir la especificaciones técnicas incluyendo los mantenimientos preventivos y correctivos correspondientes.	11-10-2023	10:37:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC en la sección CAPACIDAD TÉCNICA. El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: 2. Habilitación vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos. Solicitamos a la Convocante corregir la denominación de este documento, Debe decir: 2- Autorización de Apertura y Funcionamiento como: Importadora de Dispositivos médicos, Materiales Cortopunzantes y Equipos de Protección Individual (Clase I, Clase II, Clase III, Clase IV) emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria DINAVISA dependiente del MSPYBS debidamente vigente o presentar la Constancia en trámite de renovación.	01-10-2023	22:45:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones.	11-10-2023	10:36:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC en la sección CAPACIDAD TÉCNICA. El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: 3. Habilitación vigente del Servicio Técnico de Equipos Médicos, habilitado por DINAVISA. Solicitamos a la Convocante corregir la denominación de este documento, Debe decir: Autorización de Apertura y Funcionamiento como: Servicio de Mantenimiento Técnico de Dispositivos Médicos, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria DINAVISA dependiente del MSPYBS debidamente vigente o presentar la Constancia en trámite de renovación.	01-10-2023	22:54:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones.	11-10-2023	10:36:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC en la sección CAPACIDAD TÉCNICA. El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: 4. Presentar certificados y/o constancias de haber participado en cursos de entrenamiento, capacitación y familiarización del equipo ofertado y sus programas del personal técnico de la empresa emitida por el fabricante de la marca ofertada. Se solicita a la Convocante establecer que los certificados y/o constancias de cursos de entrenamiento sean en la modalidad del equipo ofertado. Ejemplo: Para equipos de RX la modalidad ofertadas es Radiología XP.-	01-10-2023	22:55:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones. En los certificados deben constar la Fabrica y la naturaleza del equipo ofertado.	11-10-2023	10:35:18

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante exigir a todos los Oferentes: Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS conforme lo establece la LEY 4659/12, reglamentado por la RES. S.G. 669/2016.	01-10-2023	22:55:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la nueva versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:34:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante exigir a todos los Oferentes: Autorización Servicio de Reparación y mantenimiento a Equipos generadores de Radiación Ionizante. Categoría III y IV.	01-10-2023	22:55:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:33:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante exigir a todos los Oferentes: Autorización emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) de Técnicos Operacionalmente Expuestos (TOE) para el plantel técnico que realizará los mantenimientos	01-10-2023	22:56:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:31:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. Se consulta a la Convocante si dentro de las adecuaciones de sala el proveedor adjudicado deberá incluir un vestidor. Es preciso aclarar, pues esta información es necesaria para la obtención del precio de la oferta. - En caso afirmativo, se solicita a la Convocante, indicar el lugar que sería destinado para este, teniendo en cuenta que las dimensiones de la sala para el equipo no son muy amplias.	01-10-2023	22:57:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:30:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante poner a disposición de los oferentes, los planos de la sala, con los detalles técnicos, datos de protección radiológica con la que cuenta actualmente la sala, de modo a la planificación del proyecto y obtención de costos de este para ofertar.	01-10-2023	22:57:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:29:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3. Se consulta a la Convocante si dentro de las adecuaciones de sala el proveedor adjudicado deberá proveer el mobiliario donde estarán la consola, teclado, monitor, computadora, etc., del equipo. Lo solicitado obedece a que es necesario que los oferentes cuenten con la información para la obtención del precio de su oferta. -	01-10-2023	22:58:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:28:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4. Se solicita a la Convocante aclarar que la alimentación eléctrica desde la subestación o tablero general, hacia el tablero del equipo será proveído por el Hospital. - Debido a que la información concerniente a la capacidad técnica eléctrica disponible en las distintas áreas del hospital, como transformadores y generadores, está directamente gestionada por el Hospital. -	01-10-2023	22:58:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:27:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante establecer el procedimiento de aprobación de planos en el caso que en el marco de las adecuaciones de sala de rayos x o sala de comando se necesiten hacer cambios estructurales como, por ejemplo: demolición de paredes para ampliar las dimensiones de la sala.	01-10-2023	23:00:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:26:50

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6. Se solicita a la Convocante aclarar que el cableado de la red de datos hasta la sala de comando del equipo de rayos es de responsabilidad del hospital, pues es la entidad que tiene acceso a la base de datos completa con las características y disponibilidad de la red asignada a los equipos., por lo que resulta fundamental que este sea el encargado de gestionar la provisión de internet hasta la sala asegurando así la correcta y eficiente distribución de la red, un acceso fiable a los equipos médicos y permitiendo una coordinación efectiva de los servicios en beneficio de los pacientes y el personal médico	01-10-2023	23:00:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:26:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante establecer que el plazo máximo para el desmontaje y retiro del Equipo de RX fijo instalado en la sala a ser destinada a a la sala de Rayos sea de 30 días. Lo solicitado obedece a que los trabajos de adecuación edilicia contemplados en el ítem 3, deben realizarse con al menos 90 días de antelación a la entrega del equipo. –	01-10-2023	23:01:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:25:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante confirmar si se requerirán modificaciones en la infraestructura de la sala designada para el uso del EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL	01-10-2023	23:02:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que todo lo referente a la instalación y puesta en marcha del equipo ofertado corre por cuenta del oferente.	11-10-2023	10:25:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante aclarar que la responsabilidad de garantizar y preparar la infraestructura eléctrica necesaria para el uso del equipo no recaerá en el oferente.	01-10-2023	23:02:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que todo lo referente a la instalación y puesta en marcha del equipo ofertado corre por cuenta del oferente.	11-10-2023	10:24:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 3 EQUIPO DE RAYOS X Punto 6.4 Donde dice: El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo. Se solicita amablemente a la convocante especificar la cantidad de horas necesarias para realizar el entrenamiento, se sugiere que para cumplir con dicho punto es más que suficiente 24 horas y de esta manera cubrir con todos los procedimientos que pueden realizar los usuarios en el sistema de imágenes.	01-10-2023	23:03:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que la capacitación deberá durar como máximo 3 días según los requerimientos del servicio hasta lograr así la capacitación de todos los usuarios.	11-10-2023	10:23:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 4 EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL, Punto 7.3 Donde dice: El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo. Se solicita amablemente a la convocante especificar la cantidad de horas necesarias para realizar el entrenamiento, se sugiere que para cumplir con dicho punto es más que suficiente 8 horas y de esta manera cubrir con todos los procedimientos que pueden realizar los usuarios en el sistema de imágenes.	01-10-2023	23:04:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que la capacitación deberá durar como máximo 3 días según los requerimientos del servicio hasta lograr así la capacitación de todos los usuarios.	11-10-2023	10:23:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.1.2 donde dice Frecuencia mínima de 300 kHz solicitamos amablemente a la convocante aclarar que el valor de frecuencia mínima solicitada es de 30 kHz y no 300 kHz. El valor comercial de este parámetro varía entre 30 y 45 kHz, entendemos que hubo un error de tipeo al transcribir este valor de frecuencia, por lo que solicitamos modificar.	02-10-2023	00:52:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:22:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem 4.1.6 donde dice Rango de mAs de 0,1 o menor a 600 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de mAs de 0.1 o menor a 500 o mayor, y así dar apertura a las especificaciones técnica para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante.	02-10-2023	00:53:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:21:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.3.2 donde dice Rango de recorrido vertical de 165 cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de recorrido vertical de al menos 140 cm o superior, este valor es mas que suficiente para todo tipo de estudios a realizar con el equipo, este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante.	02-10-2023	00:53:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:21:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta N° 5 En el ítem 4.3.4 donde dice Rotación del tubo alrededor del eje horizontal como mínimo -40° 0 130°, solicitamos amablemente a la convocante aclarar el rango de ángulo de rotación solicitado, pues en el eje horizontal del tubo el rango máximo que se logra es de +/- 90°. Entendemos que hubo un error de tipeo en este ítem por lo que solicitamos amablemente su modificación	02-10-2023	00:54:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:21:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.4.2 donde dice Ancho de la superficie de la mesa: 75 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con ancho de la superficie de la mesa de al menos 74 cm o mayor, y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante.	02-10-2023	00:54:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:20:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.4.5 donde dice Movimiento longitudinal de 100 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento longitudinal de al menos 60 cm o mayor, y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante.	02-10-2023	00:55:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:20:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.4.6 donde dice Movimiento transversal de 26 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento transversal de al menos 22 cm o mayor, y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante	02-10-2023	00:56:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:19:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.4.3 donde dice Longitud de la superficie de la mesa: 210 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con longitud de la superficie de la mesa de al menos 200 cm o mayor, y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante	02-10-2023	00:56:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:18:35

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sobre el punto 4.4. "Manipuleo y control directamente mediante mando rotatorio" Se consulta si pueden también ser aceptados mediante mando en formato touch o táctil	02-10-2023	07:44:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas. Se aclara que el equipo deberá cumplir con ambas funciones, pantalla táctil y mando rotatorio.	11-10-2023	10:17:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Rayos x fijo. 1 - Donde dice: 4.6.1- Detector inalámbrico o con longitud de cable detector mínimo de 6 metros. Solicitamos a la convocante aclarar si solicita dos detectores Planos, esto se debe a que normalmente los equipos de esta categoría son doble detector digital uno móvil inalámbrico que va en el Bucky de la mesa y otro detector digital fijo con cable que va en el Bucky mural, con esta configuración se procede a realizar todas las exploraciones necesarias para el servicio.	02-10-2023	07:56:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:17:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2 - Donde dice: Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado. Solicitamos a la convocante tener en cuenta que la documentación requerida en grandes fabricantes es brindada por la naturaleza del bien que fabrica, es decir que si la convocante desea saber si los equipos ofertados son productos con normas de calidad específicas debería de solicitar FDA, CE o jis al menos alguna de ellas el documento deberá estar vigente indicar la naturaleza del equipo ofertado. Las certificaciones se realizan por naturaleza del bien ofertado.	02-10-2023	07:57:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:16:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3-Donde dice: 4.5.1 Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado, solicitamos a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde al seguimiento automatico del bucky mural y el tubo.	02-10-2023	07:57:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:16:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4- donde dice: 4.2.6 Control de colimación manual con luz de localización LED, solicitamos a la convocante que para una mayor facilidad de trabajo para los usuarios y una prestación superior para mejora del servicio solicite una pantalla de 10 pulgadas como mínimo, táctil con capacidad de visualización de técnicas y selección de técnicas, y de estudios radiográficos, instalada en el colimador/tubo, con esto se facilitaría enormemente el uso diario del equipo y se estaría mejorando la necesidad del servicio.	02-10-2023	07:58:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:15:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante se pueda cotizar dispositivo biomedico para cortar, coagular o cauterizar tejidos o UNIDAD ELECTROQUIRURGICA MICROPROCESADA	02-10-2023	08:07:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:15:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante se pueda cotizar pantalla lcd o DISPLAY que permita visualizar el programa utilizado	02-10-2023	08:08:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:14:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita que el punto 9.7 pinzas para cirugía RTU se OPCIONAL	02-10-2023	08:10:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:14:13
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Pantalla táctil de 12 pulgadas como mínimo. Solicitamos a la convocante permitir que la opción de control por pantalla táctil sea opcional y de esa manera también agregar la opción de botones. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Pantalla táctil o mando rotatorio con botones de 12 pulgadas como mínimo.	02-10-2023	08:16:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:13:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Sistema para fijación de cada monitor: montaje de pared original de la misma fábrica. Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Monitor con Sistema para fijación de cada monitor o Soporte de pared de fabricación nacional	02-10-2023	08:16:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:13:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Con batería de al menos 180 minutos sin necesidad de baterías externas. Solicitamos a la convocante permitir que sea 120 minutos de autonomía como mínimo. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Con batería de 120 minutos de autonomía como mínimo, y 180 minutos como máximo, sin necesidad de batería externa.	02-10-2023	08:17:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:13:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad Temperatura: En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Rango de medición y alarma de 0 a 50 °C Solicitamos a la convocante permitir cotización de Rango de medición y alarma de 21.0 a 50.0 °C. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Rango de medición y alarma de 0 o mayor a 50 °C como mínimo.	02-10-2023	08:17:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:12:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad Temperatura: En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Rango de medición de la frecuencia cardíaca de 40 a 240 lpm Solicitamos a la convocante permitir cotización de Rango de medición de la frecuencia cardíaca de 40 a 270 lpm. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Rango de medición de la frecuencia cardíaca de 40 a 240 lpm como mínimo y 40 a 270 lpm como máximo	02-10-2023	08:18:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio. Se podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.	11-10-2023	10:11:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad Otros Requerimientos En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Garantía de por lo menos 2 (dos) años. Solicitamos a la convocante permitir la cotización con 1 (un) año de garantía De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Garantía de 1 (un) año como mínimo.	02-10-2023	08:18:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:10:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad Otros Requerimientos Manual usuario en español. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Manual usuario en español o inglés. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Manual usuario en español o inglés. Cantidad: 1 (uno) impreso y 1 (uno) en formato digital	02-10-2023	08:18:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:10:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde dice plazo entrega de los bienes Solicitamos amablemente a la convocante modificar el plazo de entrega a 70 días considerando que los plazos de transporte e importación suelen superar ampliamente el plazo de 30 días cuando son de origen europeo o asiático, dando lugar a esta petición se amplía la posibilidad de participación de mayor cantidad de oferentes y no tener en cuenta solamente a oferentes que representan equipos que son de origen Latino Americano	02-10-2023	08:20:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:09:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad SPO2: En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Pulso: 30 a 250 lpm Solicitamos a la convocante permitir cotización de Pulso: 25 a 300 lpm. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Pulso: 30 o menor a 250 lpm o mayor	02-10-2023	08:21:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio. Se podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.	11-10-2023	10:08:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 3 Rayos X Fijo Mesa del Paciente Las especificaciones técnicas requeridas son de equipos con características especiales, para dar realce solicitamos a la convocante que requiera equipos con elevación eléctrica de la mesa. De esta manera requerir equipamientos con mejores prestaciones.	02-10-2023	08:39:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:08:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dónde solicitan Distancia foco-detector de 125 cm o superior se solicita a la convocante admitir equipos con distancia foco detector de 100 cm o superior, considerando que 100 cm es la distancia más utilizada, dando así, lugar a participar a mayor cantidad de oferentes.-	02-10-2023	08:47:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:07:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 1 Mesa Quirúrgica Donde dice Panel de control de movimientos en la base o columna, solicitamos amablemente a la convocante agregar como opcional al control de movimiento en la columna, considerando que el control de mando es el medio de mando principal y cuenta con todos los movimientos necesarios para su función, de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas	02-10-2023	08:48:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.	11-10-2023	10:07:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 2 Electrobisturi Donde dice Pantalla LCD que permita la visualizar el programa utilizado, la potencia ajustada. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con pantalla LED, aceptando esta sugerencia no altera las prestaciones del equipo, y de esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferentes o mejores ofertas.	02-10-2023	08:53:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:06:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 Sillon Odontológico, solicitamos amablemente a la convocante "Obras civiles menores para cumplir con los requisitos de pre-instalación.", Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este requisito o especificar exactamente los trabajos requeridos para la pre instalación. De esta manera aclarar dicho requerimiento de manera a que el proveedor pueda presupuestar su oferta de manera exacta	02-10-2023	08:56:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones, se solicitó visita técnica.	11-10-2023	10:05:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.6.8 del ítem 3 donde dice Transmisión de datos: Previsualización menor o igual 3,5 segundos. Imagen completa menor o igual 5 segundos solicitamos a la convocante modificar a Transmisión de datos: Previsualización menor o igual 3,5 segundos. Imagen completa menor o igual 7 segundos dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de rayos X fijo y lo normalmente aceptado por los médicos, además la diferencia solicitada es mínima, la cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.	02-10-2023	08:59:04

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.	11-10-2023	10:05:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.2.3 Rango de medición y alarma: 20 a 300 lpm. Se solicita a la convocante aceptar el rango de 25 o menor a 300lpm	02-10-2023	08:59:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:04:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 7 - Monitor Multiparametrico de Alta Complejidad Donde solicitan: Tendencias gráficas y numéricas de 1000 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa, se refiere a 1000 horas de registro de PANI? Donde dice: Al menos 4 interfaz USB, solicitamos se modifique a al menos 4 interfaz	02-10-2023	08:59:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a la suma de todos los parámetros. Para la interfaz USB referirse a la última versión del pliego.	11-10-2023	10:04:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice " Temporizador contrador por microprocesador de 0.02 a 4 segundos y generador de alto voltaje " se solicita a la convocante modificar a "Temporizador contrador por microprocesador de 0.01 a 3,2 segundos o mayor y generador de alto voltaje " ya que la diferencia solicitada es minima lo cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación	02-10-2023	08:59:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	10:03:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Al menos 4 interfaz USB, solicitamos se modifique a al menos 4 interfaz	02-10-2023	09:00:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se refiere a la suma de todos los parámetros. Para la interfaz USB referirse a la última versión del pliego.	11-10-2023	10:03:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Monitor Multiparametrico mediana complejidad Donde dice Detección de por lo menos 12 arritmias Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos de por lo menos 10 arritmias, este requerimiento no desvia sustancialmente la oferta y da lugar de participacion a mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mejores ofertas	02-10-2023	09:00:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.	11-10-2023	10:02:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos incluir también los certificados de calidad Mercosur	03-10-2023	13:08:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los requerimientos de calidad son las mínimas solicitada por el servicio, además muchos fabricantes de equipos con certificación ANVISA (BRASIL) también obtienen la CE, FDA u otras cuando cumplen con los requisitos de la misma.	11-10-2023	10:02:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Largo de la mesa: 190 ± 10 cm. ¿Se podría considerar ± 15 cm?	03-10-2023	13:09:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.	11-10-2023	10:02:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.1 Elevación desde 70 cm o menos a 110 cm o más. ¿Se podría considerar 75cm o menos a 104cm o más?	03-10-2023	13:10:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.	11-10-2023	10:01:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.4 Angulación vertical de la sección espalda: de -20° ó menos a +75° o más. ¿Se podría considerar +65° o más?	03-10-2023	13:11:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.	11-10-2023	10:01:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.7 Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de -60° a +50°. ¿Se podría considerar en el rango de -45° a +45°?	03-10-2023	13:12:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.	11-10-2023	10:00:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3.1 Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado ¿Se podría considerar Normas del Mercosur?	03-10-2023	13:14:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, los requerimientos de calidad son las mínimas solicitada por el servicio, además muchos fabricantes de equipos con certificación ANVISA (BRASIL) también obtienen la CE, FDA u otras cuando cumplen con los requisitos de la misma.	11-10-2023	10:00:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.2 Pantalla LCD que permita visualizar el programa utilizado, la potencia ajustada. ¿Se podría considera pantalla LCD o TFT?	03-10-2023	13:15:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	09:59:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.3 Control mediante botón tipo membrana para todos los parámetros. ¿Se podría considerar mediante botón tipo membrana o Touch Screen?	03-10-2023	13:16:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio. Se podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.	11-10-2023	09:51:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.5 Debe presentar al menos nueve modos de trabajo ¿Se podría considerar al menos siete modos?	03-10-2023	13:17:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.	11-10-2023	09:51:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
9.7 Pinza para cirugía RTU ¿Podrían brindar mayores detalles de la pinza bipolar solicitada?	03-10-2023	13:18:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la adenda. Se aclara esta solicitud como requerimiento OPCIONAL.	11-10-2023	09:50:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.2.3 Rango de medición y alarma: 20 a 300 lpm ¿Se podría considerar de 25 a 250lpm o mejor?	03-10-2023	13:20:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	09:49:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3.1 Normas de calidad específicas: FDA y CE se debe cumplir con ambas Solicitamos que sea suficiente con el cumplimiento de una de las normas considerando que no todos los equipos de procedencia americana requieren los estándares CE y viceversa	03-10-2023	13:24:52

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la nueva versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	09:48:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.4 Manipuleo y control directamente mediante mando rotatorio. ¿Se podría considerar mediante mando rotatorio y touch screen?	03-10-2023	13:26:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas. Se aclara que el equipo deberá cumplir con ambas funciones, pantalla táctil y mando rotatorio.	11-10-2023	09:48:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4.8 Tendencias gráficas y numéricas de 1000 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa. ¿Se podría considerar tendencias gráficas y numéricas de 120horas como mínimo?	03-10-2023	13:26:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.	11-10-2023	09:47:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.11 Pulso: 30 a 250 lpm ¿Se podría considerar 25 a 250lpm?	03-10-2023	13:27:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	09:47:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.15 Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. Rango de medición de 0 a 150 respiraciones por minuto. ¿Se podría considerar 0 a 120 rpm o más?	03-10-2023	13:28:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.	11-10-2023	09:46:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5.25 Rango de medición de la frecuencia cardíaca de 40 a 240 lpm ¿Se podría considerar de 40 a 270lpm?	03-10-2023	13:29:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio. Se podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.	11-10-2023	09:45:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.4 Mesa del paciente, donde solicitan "Movimiento transversal de 26 cm o mayor", solicitamos amablemente a la convocante admitir de 25 cm en adelante, a fin de dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes.-	04-10-2023	12:09:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las EETT son las mínimas solicitadas por el servicio.	11-10-2023	09:45:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.4 Mesa del paciente, donde solicitan "Distancia foco-detector de 125 cm o superior", solicitamos amablemente a la convocante admitir distancia desde 100 cm en adelante, ya que no compromete a la imagen, para de esta forma dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes.-	04-10-2023	12:11:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las EETT son las mínimas solicitadas por el servicio.	11-10-2023	09:44:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 3 - EQUIPO DE RAYOS X FIJO El punto 6.2 El proveedor deberá realizar la adecuación edilicia del lugar donde será instalado el equipo, favor aclarar cuales son las obras civiles e instalación de equipos adicionales que son necesarios para la adecuación de la sala	04-10-2023	17:02:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones se solicito visita técnica.	11-10-2023	09:44:04
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el PBC en la sección CAPACIDAD TÉCNICA. El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: 4. Presentar certificados y/o constancias de haber participado en cursos de entrenamiento, capacitación y familiarización del equipo ofertado y sus programas del personal técnico de la empresa emitida por el fabricante de la marca ofertada. Se solicita a la Convocante establecer que los certificados y/o constancias de cursos de entrenamiento sean en la modalidad del equipo ofertado o de equipos de mayor complejidad. Ejemplo: Para equipos de RX la modalidad ofertadas es Radiología y equipos de mayor complejidad serían por ejemplo mesas telecomandadas y/o tomógrafos computarizados.		05-10-2023	16:13:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones.		11-10-2023	09:43:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 4.19 Función o perfil de cálculos de ventilación o pulmonares y de oxigenación. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante dejar como opcional, no exigido. De modo a no limitar la participación de los oferentes.		05-10-2023	16:31:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.		11-10-2023	09:43:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 4.21 Registrador integrado que imprime hasta tres canales de información, Velocidad del papel 25, 50 mm/s. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante aceptar de un canal o más. De modo a no limitar la participación de los oferentes.		05-10-2023	16:33:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones.		11-10-2023	09:42:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Función o perfil de cálculos hemodinámicos. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante dejar como opcional, no exigido. De modo a no limitar la participación de los oferentes.		05-10-2023	16:34:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.		11-10-2023	09:42:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 5.2.3 Rango de medición y alarma: 20 a 300 lpm. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante aceptar el rango de 25 a 300 lpm o más. De modo a no limitar la participación de los oferentes.		05-10-2023	16:36:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones.		11-10-2023	09:41:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 4.4 Manipuleo y control por pantalla táctil y mando rotatorio. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante dejar como opcional, no exigido. De modo a no limitar la participación de los oferentes.		05-10-2023	16:49:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio.		11-10-2023	09:41:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 4.9 15 tipos de cálculos de dosis de medicamentos. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante aceptar de 10 cálculos de dosis de medicamentos. De modo a no limitar la participación de los oferentes.		05-10-2023	16:56:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones.		11-10-2023	09:41:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 4.13 Función o perfil de cálculos hemodinámicos. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante dejar como opcional, no exigido. De modo a no limitar la participación de los oferentes.		05-10-2023	16:57:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones las especificaciones técnicas son las mínimas necesarias para el servicio.		11-10-2023	09:40:40

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 4.16 A1 menos 4 interfaz USB. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante aceptar 2 interfaz USB o mejor. De modo a no limitar la participación de los oferentes.		05-10-2023	17:03:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la ultima versión de Pliego de bases y condiciones.		11-10-2023	09:40:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 5.30 PA: -6 A 120 mmHg Consulta: Se solicita amablemente a la convocante aceptar -10 a 120 mmHg. De modo a no limitar la participación de los oferentes.		05-10-2023	17:05:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y condiciones, las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio. Se podrá cotizar equipos con mejores prestaciones.		11-10-2023	09:39:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con relación al plazo de entrega de 30 días señalado para el ítem 3 Equipo de Rayos X Fijo, solicitamos amablemente a la convocante aumentar dicho periodo a al menos 90 días. Esto considerando que este tipo de equipos ocupa al menos 30 a 45 días de fabricación y luego aproximadamente la misma cantidad de días en el transito desde origen hasta nuestro país, incluyendo el tiempo que se espera para despachar en nuestra aduana. Por lo manifestado, solicitamos se considere el plazo de 90 días para la entrega del ítem 3 Equipo de Rayos X Fijo.		05-10-2023	18:49:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.		11-10-2023	09:38:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 4.1.2 donde dice Frecuencia mínima de 300 kHz solicitamos amablemente a la convocante aclarar que el valor de frecuencia mínima solicitada es de 30 kHz y no 300 kHz. El valor comercial de este parámetro varía entre 30 y 45 kHz, entendemos que hubo un error de tipeo al transcribir este valor de frecuencia, por lo que solicitamos modificar		05-10-2023	18:49:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas son mínimas.		11-10-2023	09:38:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 4.1.6 donde dice Rango de mAs de 0,1 o menor a 600 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de mAs de 0.1 o menor a 500 o mayor, y así dar apertura a las especificaciones técnica para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante.		05-10-2023	18:50:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas son mínimas.		11-10-2023	09:37:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 4.3.2 donde dice Rango de recorrido vertical de 165 cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de recorrido vertical de al menos 140 cm o superior, este valor es mas que suficiente para todo tipo de estudios a realizar con el equipo, este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante		05-10-2023	18:50:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas son mínimas.		11-10-2023	09:36:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 4.3.4 donde dice Rotación del tubo alrededor del eje horizontal como mínimo -40° 0 130°, solicitamos amablemente a la convocante aclarar el rango de ángulo de rotación solicitado, pues en el eje horizontal del tubo el rango máximo que se logra es de +/- 90°. Entendemos que hubo un error de tipeo en este ítem por lo que solicitamos amablemente su modificación.		05-10-2023	18:51:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la ultima versión del pliego de bases y condiciones.		11-10-2023	09:36:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el ítem 4.4.2 donde dice Ancho de la superficie de la mesa: 75 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con ancho de la superficie de la mesa de al menos 74 cm o mayor, y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante.	05-10-2023	18:51:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.	11-10-2023	09:35:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.4.3 donde dice Longitud de la superficie de la mesa: 210 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con longitud de la superficie de la mesa de al menos 200 cm o mayor, y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante.	05-10-2023	18:52:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.	11-10-2023	09:34:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.4.5 donde dice Movimiento longitudinal de 100 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento longitudinal de al menos 60 cm o mayor, y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante	05-10-2023	18:52:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.	11-10-2023	09:34:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.4.6 donde dice Movimiento transversal de 26 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento transversal de al menos 22 cm o mayor, y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante	05-10-2023	18:52:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.	11-10-2023	09:34:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 5.31 CVP/RAP/LAP/ICP: -10 a 40 mmHg. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante dejar como opcional, no exigido. De modo a no limitar la participación de los oferentes.	06-10-2023	07:23:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.	11-10-2023	09:33:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 5.24 Modos para la toma de presión: manual y automática a tiempos de intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, y 480 minutos. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante aceptar Modos para la toma de presión: Manual, Auto, STAT, Secuencia Intervalo de medición en modo automático 1 minuto, 2 minutos, 2.5 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1h, 1.5h, 2h, 3h, 4h, 8h. De modo a no limitar la participación de los oferentes.	06-10-2023	07:24:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión del pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	09:32:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 5.1.4 Detección de por lo menos 12 arritmias. Precisión 1% o +/- 1 lpm.; Resolución: 11pm. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante aclarar el punto, la especificación no es coherente y no corresponde al punto de detección de arritmias.	06-10-2023	07:27:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones, las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas.	11-10-2023	09:32:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Favor aclarar si la convocante o el proveedor será el encargado de desinstalar el equipo que se encuentra en la sala donde será instalado el equipo de rayos x. Es fundamental aclarar, ya que esta información es necesaria para la obtención del precio de la oferta.	06-10-2023	08:01:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones, se solicitó visita técnica.	11-10-2023	09:31:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 4.16 Al menos 4 interfaz USB. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante aceptar 2 interfaz USB. De modo a no limitar la participación de los oferentes.	06-10-2023	08:03:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones, se solicitó visita técnica.	11-10-2023	09:31:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante aclarar que la alimentación eléctrica desde la subestación o tablero general, hacia el tablero del equipo será proveído por el Hospital.	06-10-2023	08:03:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones, se solicitó visita técnica.	11-10-2023	09:29:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante aclarar que la protección radiológica del lugar de instalación estará a cargo del Hospital ya que esta información es necesaria para la obtención del precio de la oferta.	06-10-2023	08:07:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones, se solicitó visita técnica.	11-10-2023	09:29:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante 45 (cuarenta y cinco) días hábiles para los oferentes que deben importar los equipos.	06-10-2023	08:09:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la última versión de Pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	09:28:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 6.4 Donde dice: El oferente deberá proveer capacitación al personal médico acerca del uso, limpieza y cuidados del equipo. Se solicita amablemente a la convocante especificar la cantidad de horas necesarias para realizar el entrenamiento.	06-10-2023	08:11:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que la capacitación deberá durar como máximo 3 días según los requerimientos del servicio hasta lograr así la capacitación de todos los usuarios.	11-10-2023	09:27:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El punto 6.2 El proveedor deberá realizar la adecuación edilicia del lugar donde será instalado el equipo, Solicitamos aclarar cuáles son las obras civiles e instalación que son necesarios para la adecuación de la sala. Es preciso aclarar, ya que esta información es necesaria para la obtención del precio de la oferta.	06-10-2023	08:12:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones, se solicitó visita técnica.	11-10-2023	09:27:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos reverificar el precio referencial del ítem, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas solicitadas y las adecuaciones que se deben realizar a la sala donde será instalado el equipo.	06-10-2023	08:15:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	09:26:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el PBC en la sección CAPACIDAD TÉCNICA. El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: 4. Presentar certificados y/o constancias de haber participado en cursos de entrenamiento, capacitación y familiarización del equipo ofertado y sus programas del personal técnico de la empresa emitida por el fabricante de la marca ofertada. Se solicita a la Convocante establecer que los certificados y/o constancias de cursos de entrenamiento sean en la modalidad del equipo ofertado o de equipos de mayor complejidad. Ejemplo: Para equipos de RX la modalidad ofertadas es Radiología y equipos de mayor complejidad sería por ejemplo mesas telecomandadas y/o tomógrafos computarizados.	06-10-2023	08:22:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al pliego de bases y condiciones.	11-10-2023	09:25:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta a la convocante si es posible abrir este punto para permitir participación de más oferentes. Se pide abrir el punto de angulación vertical de 75° o más a 70° o más. La diferencia en la angulación de 5° es ínfima por lo que se pide amablemente poder cambiar este punto. Recomendación de modificación: 5.4 Angulación vertical de la sección espalda: de -20° ó menos a +70° o más.	13-10-2023	14:52:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	27-10-2023	12:29:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta amablemente a la convocante si pudiese abrir este punto para permitir la participación de más oferentes. Se pide modificar la graduación de -60° a -45° y de +50° reducirlo a 25°. Con esta modificación, el punto quedaría como sigue: 5.7 Angulación vertical de la sección cabeza en el rango de -45° o menos a +45° o más	13-10-2023	14:53:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al PBC	27-10-2023	12:30:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
se consulta amablemente a la convocante si es posible modificar este punto a por lo menos 90 días luego de la entrega del anticipo. Esto debido al tamaño del equipo y las cantidades, necesariamente se debe producir e importarlos y esto demora al menos la cantidad de 90 días. Con esta modificación también se puede considerar un ahorro importante para la convocante en la adquisición de los equipos.	13-10-2023	14:54:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	27-10-2023	12:31:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante Incluir Normas de Mercosur(ANVISA). Son certificaciones similares que las CE, FDA o JIS, para la comercialización de productos médicos en el Mercado Común del Sur, en donde Paraguay es miembro.	14-10-2023	09:49:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	27-10-2023	12:32:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 3 Normativa, 3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad general: ISO 13485. Solicitamos a la convocante aceptar Certificado de Buenas Practicas de Fabricación y Control de Productos para la Salud, emitido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), país Brasil, (regulaciones brasileñas similares a ISO 13485), dicho documento se encuentra homologado a nivel del MERCOSUR para la Fabricación y Comercialización de Productos Médicos. Esta Certificación es admitida en nuestro país en reemplazo de la ISO 13485, para los productos brasileños para el Registro Sanitario, de bienes importados. (Resolución S.G. N° 669/16 emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.)	14-10-2023	09:53:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	27-10-2023	12:33:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 3 Normativas: 3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Solicitamos a la convocante incluir NORMAS DE MERCOSUR (ANVISA). Son certificaciones similares que las CE, FDA o JIS.	14-10-2023	09:55:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	27-10-2023	12:34:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Punto 3 Normativas: 3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad general: ISO 13485. Solicitamos a la convocante incluir certificación similar que la ISO 13485 para los productos brasileños, Certificado de Buenas Practicas de Fabricación y Control de Productos para la Salud, emitido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, país Brasil, ya que dicho documento se encuentra homologado a nivel del Mercosur para la Fabricación y Comercialización de Productos Médicos.	14-10-2023	10:06:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	27-10-2023	12:34:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 3 Normativas: 3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA y CE se debe cumplir con ambas. Solicitamos a la convocante incluir Normas de Mercosur (ANVISA). Son certificaciones similares que las CE, FDA o JIS, y que debe cumplir por lo menos uno de ellas.	14-10-2023	10:08:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	27-10-2023	12:35:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto 3 Normativas: 3.2 Presentar Certificado de Normas de calidad general: ISO 13485. Solicitamos a la convocante incluir Certificado de Buenas Practicas de Fabricación y Control de Productos para la Salud, emitido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), país Brasil, ya que dicho documento se encuentra homologado a nivel del Mercosur para la Fabricación y Comercialización de Productos Médicos.	14-10-2023	10:10:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	27-10-2023	12:35:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde se solicita Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. solicitamos a la convocante que incluya normas del Mercosur, esta normanas también refieren estándares como FDA y CE a manera dar oportunidad a potenciales oferentes	15-10-2023	21:28:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	27-10-2023	12:36:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.21: Registrador integrado que imprime hasta 3 canales de información, velocidad de papel 25, 50mm/s, solicitamos se puedan ofertar Registrador integrado que imprime hasta 3 canales de información, velocidad de papel 25 mm/s	15-10-2023	21:35:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	27-10-2023	12:37:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5.2.3 Rango de medición y alarma: 20 a 300 lpm, se solicita cotizar rango de medición y alarma: 20 a 250 lpm considerando que en otras mediciones se cuenta con valores más amplios.	15-10-2023	21:35:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	27-10-2023	12:37:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Tendencias gráficas y numéricas de 1000 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa, se refiere a 1000 horas de registro de PANI?	15-10-2023	21:36:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	27-10-2023	12:37:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Al menos 4 interfaz USB, solicitamos se modifique a al menos 4 interfaz	15-10-2023	21:36:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	27-10-2023	12:38:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: Al menos 4 interfaz USB, solicitamos se modifique a al menos 4 interfaz	15-10-2023	21:36:44
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al PBC		27-10-2023	12:38:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
donde se solicita 4.8 largo de la mesa: 190 ± 10 cm. solicitamos ampliar el rango a 190 cm o mejor		15-10-2023	22:05:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC		27-10-2023	12:39:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice 5.1 Elevación desde 70 cm o menos a 110 cm o más. solicitamos qu este ítem quede de la siguiente manera Elevación desde 70 cm ± 20 o menos a 110 cm ± 20		15-10-2023	22:11:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al PBC		27-10-2023	12:40:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con relación al plazo de entrega de 30 días señalado para el ítem 3 Equipo de Rayos X Fijo, solicitamos amablemente a la convocante aumentar dicho periodo a al menos 90 días. Esto considerando que este tipo de equipos ocupa al menos 30 a 45 días de fabricación y luego aproximadamente la misma cantidad de días en el transito desde origen hasta nuestro país, incluyendo el tiempo que se espera para despachar en nuestra aduana. Por lo manifestado, solicitamos se considere el plazo de 90 días para la entrega del ítem 3 Equipo de Rayos X Fijo		15-10-2023	22:15:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versdión del PBC		31-10-2023	16:44:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 4.2.6 donde dice Control de colimación manual con luz de localización LED solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de equipos con colimador con luz de localización halógena, considerando que al momento de reemplazo de la lampara se encuentra de manera local el reemplazo de la misma por lámparas genéricas y compatibles, representando un costo de manutención bajo para la convocante. Así también se da apertura a la participación de potenciales oferentes, este pedido no afecta ni disminuye la prestaciones del equipo ni mucho menos el nivel de calidad del equipo solicitado por la convocante. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Control de colimación manual con luz de localización LED o halógena.		15-10-2023	22:15:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al PBC		31-10-2023	16:44:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 4.3.2 donde dice Rango de recorrido vertical de 165 cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de recorrido vertical de al menos 140 cm o superior, este valor es mas que suficiente para todo tipo de estudios a realizar con el equipo, este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante		15-10-2023	22:15:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al PBC		31-10-2023	16:45:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 4.4.5 donde dice Movimiento longitudinal de 100 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con movimiento longitudinal de al menos 85 cm o mayor, y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante. Solicitamos que el ítem que quede de la siguiente manera: Movimiento longitudinal de 87 cm o mayor.		15-10-2023	22:16:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		31-10-2023	16:46:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 4.4.6 donde dice Movimiento transversal de 26 cm o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Movimiento transversal de al menos 23 cm o mayor, y así de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Movimiento transversal de 23 cm o mayor		15-10-2023	22:16:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		31-10-2023	16:47:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 4.5.1 donde dice Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado solicitamos amablemente a la convocante que permita la cotización de equipos con recorrido vertical de al menos 40 cm o menor a 170 cm o mayor, este rango solicitado se encuentra en concordancia con la variedad de aplicaciones que se da al equipo para la realización de exposiciones con los pacientes y da apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Rango de recorrido vertical de 40 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado.		15-10-2023	22:17:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		31-10-2023	16:47:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 4.6.4 donde dice Matriz de 3072 x 3072 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de detectores con matriz de al menos 3000 x 3072 o mayor y así dar participación a potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Matriz de 3000 x 3072 o mayor.		15-10-2023	22:17:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		31-10-2023	16:47:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 4.6.5 donde dice Tamaño de píxel de 140 micras o menor solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de detectores con tamaño de píxel de al menos 145 micras o mayor y así dar participación a potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Tamaño de píxel de 145 micras o menor.		15-10-2023	22:17:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		31-10-2023	16:48:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 4.6.6 donde dice Profundidad de digitalización de 16 bits o superior solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de detectores con profundidad de digitalización de al menos 14 bits o mayor y así dar participación a potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Profundidad de digitalización de 14 bits o superior		15-10-2023	22:18:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		31-10-2023	16:48:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
donde solicitan Certificado de Registro Sanitario Vigente emitido por DINAVISIA, solicitamos a la convocante que admitan en tramite de registro de esta manera se tendrá mayor cantidad de oferentes		15-10-2023	22:41:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		31-10-2023	16:49:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.1.6 del ítem 3 donde dice Rango de mAs de 0,1 o menor a 600 o mayor solicitamos a la convocante modificar a Rango de mAs de 0,5 o menor a 600 o mayor dicho rango es estándar en la mayoría de los equipos de rayos X fijo y lo normalmente aceptado por los médicos, además la diferencia solicitada es mínima lo cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		15-10-2023	23:52:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		31-10-2023	16:49:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 4.3.2 del ítem 3 donde dice Rango de recorrido vertical de 165 cm o superior solicitamos a la convocante modificar a Rango de recorrido vertical de 145 cm o superior. Lo solicitado se debe a que cada fabricante maneja un rango de recorrido vertical propio para el diseño de su equipo, el cual es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, por lo que solicitamos modificar el presente punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		15-10-2023	23:53:46

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	16:50:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3.3 del ítem 3 donde dice Rotación del tubo alrededor del eje vertical como mínimo de -30° +30° solicitamos a la convocante aclarar si lo solicitado se refiere a la rotación del soporte de columna.	15-10-2023	23:54:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	16:50:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.4.5 del ítem 3 donde dice Movimiento longitudinal de 100 cm o mayor solicitamos a la convocante modificar a Movimiento longitudinal de 68 cm o mayor. Lo solicitado se debe a que cada fabricante maneja un movimiento longitudinal propio para el diseño de su equipo, el cual es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnostico, por lo que solicitamos modificar el presente punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.	15-10-2023	23:56:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	16:51:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.5.1 del ítem 3 donde dice Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado solicitamos a la convocante modificar a Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado o manual, debido a que en el punto 4.2.6 solicitan control de colimación MANUAL.	15-10-2023	23:58:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	16:51:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.6.3 del ítem 3 donde dice Tamaño de área activa del detector de 43cm x 43cm o mayor solicitamos a la convocante modificar a Tamaño de área activa del detector de 42.5 cm x 42.5 cm o mayor la diferencia solicitada es mínima lo cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.	15-10-2023	23:59:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	16:51:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.6.4 del ítem 3 donde dice Matriz de 3072 x 3072 o mayor solicitamos a la convocante modificar a Matriz de 3070 x 3070 o mayor. Cada fabricante maneja una matriz propia para el diseño de su equipo, además la diferencia solicitada es mínima, la cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.	15-10-2023	23:59:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	16:52:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.6.8 del ítem 3 donde dice Transmisión de datos: Previsualización 3,5 segundos. Imagen completa 5 segundos solicitamos a la convocante modificar a Transmisión de datos: Previsualización 3,5 segundos. Imagen completa 7 segundos dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de rayos X fijo y lo normalmente aceptado por los médicos, además la diferencia solicitada es mínima, la cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.	16-10-2023	00:00:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	16:53:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo solicitamos a la convocante modificar dicho punto a Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes 90 (noventa) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional.	16-10-2023	00:02:26
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	16:53:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Plazo de reposición de bienes 10 (diez) días hábiles desde su notificación por escrito al proveedor" solicitamos a la convocante modificar dicho punto a "Plazo de reposición de bienes 15 (quince) días hábiles desde su notificación por escrito al proveedor " Lo solicitado se debe a que en el plazo de reposición de bienes se deben considerar: los plazos de Importación de los Bienes, el tiempo en tránsito y los procesos aduaneros realizados por terceros.	16-10-2023	00:03:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	16:54:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.6.8 del ítem 3 donde dice Transmisión de datos: Previsualización menor o igual 3,5 segundos. Imagen completa menor o igual 5 segundos solicitamos a la convocante modificar a Transmisión de datos: Previsualización menor o igual 3,5 segundos. Imagen completa menor o igual 7 segundos dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de rayos X fijo y lo normalmente aceptado por los médicos, además la diferencia solicitada es mínima, la cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.	16-10-2023	00:15:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	16:55:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.2 donde solicita: Frecuencia mínima de 300 kHz, que sea opcional debido a que la frecuencia solicitada varía de acuerdo a la marca del equipo. De esta manera se dará mayor oportunidad de participación a los oferentes.	16-10-2023	07:20:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	16:55:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante verificar la redacción de lo solicitado en estos puntos ya que las especificaciones no están escritas correctamente.	16-10-2023	07:22:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	16:56:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.4.6 Movimiento transversal de 26 cm o mayor. Solicitamos a la Convocante aceptar equipos con Movimiento transversal de 12cm cm o mayor y así evitar el direccionamiento de las especificaciones técnicas y brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes	16-10-2023	07:22:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	16:56:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.5.1: Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado. Solicitamos a la Convocante modificar el Rango de recorrido vertical de 68 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes.	16-10-2023	07:22:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	16:57:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante ampliar la fecha de entrega para el ítem N° 3 Equipos de Rayos X Fijo a 120 días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo debido al tiempo de fabricación y de importación del equipo.	16-10-2023	07:23:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	16:58:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante aclarar si necesitan 1 o 2 detectores, pues en la redacción actual no especifica cuantos detectores deben incluirse en la oferta y considerando el valor de los detectores la cantidad requerida no debe prestarse a interpretaciones.	16-10-2023	07:30:05

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	16:59:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos con rango de mAs de 0,5 o menor a 600 o mayor considerando que valores muy bajos de mAs no son generalmente utilizados en la práctica diaria y que con esto se estaría ampliando el abanico de oferentes.	16-10-2023	07:35:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	16:59:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante permitan cotizar equipos con Frecuencia máxima del invertir de 50kHz o superior considerando que este parámetro es un criterio de diseño del fabricante que no afecta a la calidad de la radiación producida y por ende a la calidad de imagen. Es de considerar que tal como está redactado actualmente este requisito solicita frecuencia una frecuencia mínima muy elevada, que más bien podría considerarse un parámetro máximo requerido, solicitamos amablemente verificar la redacción de este requisito.	16-10-2023	07:38:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:00:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde solicitan Bucky mural con Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos, con movimiento manual y freno electromagnético, considerando que la opción motorizada lo único que aporta es mayor complejidad y mayor posibilidad de falla además de encarecer el equipo sin aportar una utilidad práctica real.	16-10-2023	07:38:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:00:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde solicitan Bucky mural con Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos, con movimiento manual y freno electromagnético, considerando que la opción motorizada lo único que aporta es mayor complejidad y mayor posibilidad de falla además de encarecer el equipo sin aportar una utilidad práctica real.	16-10-2023	07:39:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:00:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante justificar sus respuestas y no limitarse a un lacónico atenerse al pliego, pues parecería que ni siquiera se han tomado el tiempo en analizar las consultas presentadas por los diferentes potenciales oferentes. Las consultas cuando solicitan alguna aclaración es porque no quedó claro lo especificado en el pliego, diferente es el caso cuando se solicita cambios de especificaciones.	16-10-2023	07:40:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:01:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice:Sistema para fijación de cada monitor: montaje de pared con canastilla para accesorios, original de la misma fábrica del monitor. Solicitamos a la convocante permitir cotización de fabricacion nacional, debido del alto costo que implica el original- De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Sistema para fijación de cada monitor: montaje de pared con canastilla para accesorios, de producción nacional u original de la misma fábrica del monitor.	16-10-2023	07:49:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	27-10-2023	12:41:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad ECG En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Posibilidad de despliegue simultáneo de hasta 7 derivaciones. Solicitamos a la convocante permitir cotización de 3 y 5 derivaciones De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Posibilidad de despliegue simultáneo de 3 derivaciones como mínimo y 7 derivaciones como máximo.	16-10-2023	07:49:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirs al PBC	27-10-2023	12:41:54

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad SPO2: En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Rango de medición y alarma: 20 a 300 lpm Solicitamos a la convocante permitir cotización con variación de +5 De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Rango de medición y alarma: 20 (+5) a 300 lpm.	16-10-2023	07:50:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	27-10-2023	12:42:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Tendencias gráficas y numéricas de 1000 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa Solicitamos a la convocante permitir cotización de menos horas. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Tendencias gráficas y numéricas de 120 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa.	16-10-2023	07:52:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	27-10-2023	12:42:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC en la sección CAPACIDAD TÉCNICA. El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: 2. Habilitación vigente expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos. Solicitamos a la Convocante corregir la denominación de este documento, Debe decir: 2- Autorización de Apertura y Funcionamiento como: Importadora de Dispositivos médicos, Materiales Cortopunzantes y Equipos de Protección Individual (Clase I, Clase II, Clase III, Clase IV) emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria DINAVISA dependiente del MSPYBS debidamente vigente o presentar la Constancia en trámite de renovación.	16-10-2023	08:25:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:01:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC en la sección CAPACIDAD TÉCNICA. El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: 3. Habilitación vigente del Servicio Técnico de Equipos Médicos, habilitado por DINAVISA. Solicitamos a la Convocante corregir la denominación de este documento, Debe decir: Autorización de Apertura y Funcionamiento como: Servicio de Mantenimiento Técnico de Dispositivos Médicos, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria DINAVISA dependiente del MSPYBS debidamente vigente o presentar la Constancia en trámite de renovación.	16-10-2023	08:25:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:02:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante exigir a todos los Oferentes: Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Importadoras y Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS conforme lo establece la LEY 4659/12, reglamentado por la RES. S.G. 669/2016.	16-10-2023	08:27:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	17:02:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante exigir a todos los Oferentes: Autorización Servicio de Reparación y mantenimiento a Equipos generadores de Radiación Ionizante. Categoría III y IV.	16-10-2023	08:27:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	17:03:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta a la Convocante si dentro de las adecuaciones de sala el proveedor adjudicado deberá incluir un vestidor. Es preciso aclarar, pues esta información es necesaria para la obtención del precio de la oferta. En caso afirmativo, se solicita a la Convocante, indicar el lugar que sería destinado para este, teniendo en cuenta que las dimensiones de la sala para el equipo son pequeñas .	16-10-2023	08:30:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se solicitó visita tecnica	31-10-2023	17:04:45
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante exigir a todos los Oferentes: Autorización emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) de Técnicos Operacionalmente Expuestos (TOE) para el plantel técnico que realizará los mantenimientos	16-10-2023	08:30:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	17:05:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante poner a disposición de los oferentes, los planos de la sala, con los detalles técnicos, datos de protección radiológica con la que cuenta actualmente la sala, de modo a la planificación del proyecto y obtención de costos de este para ofertar.	16-10-2023	08:31:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se solicitó visita técnica	31-10-2023	17:23:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta a la Convocante si dentro de las adecuaciones de sala el proveedor adjudicado deberá proveer el mobiliario donde estarán la consola, teclado, monitor, computadora, etc., del equipo. Lo solicitado obedece a que es necesario que los oferentes cuenten con la información para la obtención del precio de su oferta. -	16-10-2023	08:32:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se solicitó visita técnica	31-10-2023	17:23:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante aclarar que la alimentación eléctrica desde la subestación o tablero general, hacia el tablero del equipo será proveído por el Hospital. - Debido a que la información concierne a la capacidad técnica eléctrica disponible en las distintas áreas del hospital, como transformadores y generadores, está directamente gestionada por el Hospital. -	16-10-2023	08:32:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se solicitó visita técnica	31-10-2023	17:23:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante establecer el procedimiento de aprobación de planos en el caso que en el marco de las adecuaciones de sala de rayos x o sala de comando se necesiten hacer cambios estructurales como, por ejemplo: demolición de paredes para ampliar las dimensiones de la sala.	16-10-2023	08:33:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se solicitó visita técnica	31-10-2023	17:24:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante aclarar que el cableado de la red de datos hasta la sala de comando del equipo de rayos es de responsabilidad del hospital, pues es la entidad que tiene acceso a la base de datos completa con las características y disponibilidad de la red asignada a los equipos., por lo que resulta fundamental que este sea el encargado de gestionar la provisión de internet hasta la sala asegurando así la correcta y eficiente distribución de la red, un acceso fiable a los equipos médicos y permitiendo una coordinación efectiva de los servicios en beneficio de los pacientes y el personal médico.	16-10-2023	08:33:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se solicitó visita técnica	31-10-2023	17:24:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la Convocante establecer que el plazo máximo para el desmontaje y retiro del Equipo de RX fijo instalado en la sala a ser destinada a a la sala de Rayos sea de 30 días. Lo solicitado obedece a que los trabajos de adecuación edilicia contemplados en el ítem 3, deben realizarse con al menos 90 días de antelación a la entrega del equipo.	16-10-2023	08:34:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que se solicitó visita técnica	31-10-2023	17:28:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el PBC en la sección CAPACIDAD TÉCNICA. El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: 4. Presentar certificados y/o constancias de haber participado en cursos de entrenamiento, capacitación y familiarización del equipo ofertado y sus programas del personal técnico de la empresa emitida por el fabricante de la marca ofertada. Se solicita a la Convocante establecer que los certificados y/o constancias de cursos de entrenamiento sean en la modalidad del equipo ofertado o de equipos de mayor complejidad. Ejemplo: Para equipos de RX la modalidad ofertadas es Radiología y equipos de mayor complejidad sería por ejemplo mesas telecomandadas y/o tomógrafos computarizados.	16-10-2023	08:40:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:06:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto donde dice: 5.12 Equipo con movimiento de elevación puente renal de 11 cm o mayor. Se consulta amablemente a la convocante si es posible colocar este punto como OPCIONAL ya que la convocante puede ahorrar más dinero en la adquisición de este producto pidiendo solamente los cojines (entre los accesorios) que son para el tipo de cirugía correspondiente a este punto donde se solicita el puente renal. Además, se podrá permitir mayor participación de oferentes. 5.12 Equipo con movimiento de elevación puente renal de 11 cm o mayor (OPCIONAL)	23-10-2023	15:12:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	31-10-2023	17:27:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, para el ítem 1 (Mesa quirúrgica) se consulta amablemente a la convocante si es posible modificar este punto a por lo menos 90 días luego de la entrega del anticipo. Esto debido al tamaño del equipo y las cantidades, necesariamente se debe producir e importarlos y esto demora al menos la cantidad de 90 días. Con esta modificación también se puede considerar un ahorro importante para la convocante en la adquisición de los equipos.	23-10-2023	15:16:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	27-10-2023	12:43:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, para el ítem 1 (Mesa quirúrgica) se consulta amablemente a la convocante si es posible modificar este punto a por lo menos 90 días luego de la entrega del anticipo. Esto debido al tamaño del equipo y las cantidades, necesariamente se debe producir e importarlos y esto demora al menos la cantidad de 90 días. Con esta modificación también se puede considerar un ahorro importante para la convocante en la adquisición de los equipos.	23-10-2023	15:17:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	17:25:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 5.5.2 Modos para la toma de presión: Manual, Automático, Continuo. Intervalo de medición en modo automático 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240 y 480 min Se consulta si se aceptarán los intervalos en el modo automático > 1 min, 2 min, 2,5 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h, 4 h, 8 h	24-10-2023	07:29:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	27-10-2023	12:44:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 4.8. Tendencias gráficas y numéricas de 1000 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa. Se consulta si las tendencias gráficas y numéricas podrían ser de 120 hrs. de tendencias con la posibilidad de guardar 1000 eventos de alarmas	24-10-2023	07:29:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	27-10-2023	12:45:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 5.4 Modos para la toma de presión: manual y automática a tiempos de intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, y 480 minutos Se consulta si se aceptarán los intervalos en el modo automático > 1 min, 2 min, 2,5 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h, 4 h, 8 h.	24-10-2023	07:30:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	27-10-2023	12:47:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Sistema para fijación de cada monitor: montaje de pared original de la misma fábrica. Solicitamos a la convocante permitir la cotización de Monitor con Sistema para fijación de cada monitor o Soporte de pared de fabricación nacional	24-10-2023	09:03:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	27-10-2023	12:48:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Tendencias gráficas y numéricas de 1000 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa Solicitamos a la convocante permitir cotización de menos horas. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Tendencias gráficas y numéricas de 120 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa.	24-10-2023	09:04:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE AL pbc	27-10-2023	12:50:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad SPO2: En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Rango de medición y alarma: 20 a 300 lpm Solicitamos a la convocante permitir cotización con variación de +-5 De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Rango de medición y alarma: 20 (+-5) a 300 lpm.	24-10-2023	10:21:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	27-10-2023	12:51:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 6 Monitor Multiparamétrico mediana complejidad SPO2: En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Rango de medición y alarma: 20 a 300 lpm Solicitamos a la convocante permitir cotización con variación de +-5 De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Rango de medición y alarma: 20 (+-5) a 300 lpm.	24-10-2023	10:22:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	27-10-2023	12:51:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 7 Monitor Multiparamétrico Alta complejidad Características En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Tendencias gráficas y numéricas de 1000 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa Solicitamos a la convocante permitir cotización de menos horas. De ser aprobada nuestra solicitud, quedaría redactada de la siguiente manera: Tendencias gráficas y numéricas de 240 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa.	24-10-2023	10:56:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	27-10-2023	12:52:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.13 se ha puesto el registrador como opcional, sin embargo este pedido se repite en el punto 4.21: Registrador integrado que imprime hasta 3 canales de información, velocidad de papel 25, 50mm/s, solicitamos se puedan ofertar Registrador integrado que imprime hasta 3 canales de información, velocidad de papel 25 mm/s, por lo que solicitamos se considere también en este punto como opcional.	24-10-2023	15:53:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	27-10-2023	12:53:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Tendencias gráficas y numéricas de 1000 horas como mínimo, 48 horas de revisión de forma de onda completa, solicitamos se puedan ofertar monitores con tendencias gráficas y numéricas de 168 hs., con eventos de alarma 128 grupos con sus ondas respectivas, eventos de arritmia 128 grupos con sus ondas respectivas y 1000 grupos de medición de presión no invasiva.	24-10-2023	15:53:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	27-10-2023	12:54:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al plazo de entrega de 30 días señalado para el ítem 3 Equipo de Rayos X Fijo, solicitamos e insistimos amablemente a la convocante aumentar dicho periodo a al menos 90 días. Esto considerando que este tipo de equipos ocupa al menos 30 a 45 días de fabricación y luego aproximadamente la misma cantidad de días en el tránsito desde origen hasta nuestro país, incluyendo el tiempo que se espera para despachar en nuestra aduana. Por lo manifestado, solicitamos se considere el plazo de 90 días para la entrega del ítem 3 Equipo de Rayos X Fijo.	24-10-2023	16:07:18

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	17:21:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.2.6 donde dice Control de colimación manual con luz de localización LED solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de equipos con colimador con luz de localización halógena, considerando que al momento de reemplazo de la lampara se encuentra de manera local el reemplazo de la misma por lámparas genéricas y compatibles, representando un costo de manuntencion bajo para la convocante. Así también se da apertura a la participación de potenciales oferentes, este pedido no afecta ni disminuye la prestaciones del equipo ni mucho menos el nivel de calidad del equipo solicitado por la convocante. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Control de colimación manual con luz de localización LED o halógena.	24-10-2023	16:07:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:07:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.3.2 donde dice Rango de recorrido vertical de 165 cm o superior solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con rango de recorrido vertical de al menos 140 cm o superior, este valor es más que suficiente para todo tipo de estudios a realizar con el equipo, este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante.	24-10-2023	16:08:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:07:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.5.1 donde dice Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado solicitamos amablemente a la convocante que permita la cotización de equipos con recorrido vertical de al menos 40 cm o menor a 170 cm o mayor, este rango solicitado se encuentra en concordancia con la variedad de aplicaciones que se da al equipo para la realización de exposiciones con los pacientes y da apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Rango de recorrido vertical de 40 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado.	24-10-2023	16:08:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:08:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.6.4 donde dice Matriz de 3072 x 3072 o mayor solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de detectores con matriz de al menos 3000 x 3072 o mayor y así dar participación a potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Matriz de 3000 x 3072 o mayor.	24-10-2023	16:08:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:08:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.6.5 donde dice Tamaño de píxel de 140 micras o menor solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de detectores con tamaño de píxel de al menos 145 micras o mayor y así dar participación a potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Tamaño de píxel de 145 micras o menor.	24-10-2023	16:09:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:08:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4.6.6 donde dice Profundidad de digitalización de 16 bits o superior solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de detectores con profundidad de digitalización de al menos 14 bits o mayor y así dar participación a potenciales oferentes. Este pedido no afecta ni disminuye las prestaciones del equipo y mucho menos va en contra de los usuarios o pacientes. Este pedido es para dar apertura a las especificaciones técnicas y permitir la libre competencia en beneficio de la convocante. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: Profundidad de digitalización de 14 bits o superior	24-10-2023	16:09:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:09:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto 4.1.2 del ítem 3 donde dice Frecuencia mínima de 300 kHz solicitamos a la convocante modificar a Frecuencia mínima de 100 kHz o mayor debido a que la mayoría de los equipos de tecnologías superiores y actualizadas tienen 100kHz (debido a que con esta frecuencia se cuenta con menor dosis de radiación recibida por el paciente e imágenes con mayor contraste, como en radiografías de tejido blando), por lo que solicitamos se actualice este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional, enfocadas en la optimización de las dosis de radiación absorbida por el paciente.	24-10-2023	17:13:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:09:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.1.6 del ítem 3 donde dice Rango de mAs de 0,1 o menor a 600 o mayor solicitamos a la convocante modificar a Rango de mAs de 0,5 o menor a 600 o mayor dicho rango es estándar en la mayoría de los equipos de rayos X fijo y lo normalmente aceptado por los médicos, además la diferencia solicitada es mínima lo cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.	24-10-2023	17:14:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:10:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3.2 del ítem 3 donde dice Rango de recorrido vertical de 165 cm o superior solicitamos a la convocante modificar a Rango de recorrido vertical de 145 cm o superior. Cada fabricante maneja un rango de recorrido vertical propio para el diseño de su equipo, el cual es una característica constructiva que no se traduce en una mejora en la calidad de imagen o en el diagnóstico, por lo que solicitamos modificar el presente punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.	24-10-2023	17:14:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:10:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3.3 del ítem 3 donde dice Rotación del tubo alrededor del eje vertical como mínimo de -180° $+180^{\circ}$ solicitamos a la convocante aclarar si lo solicitado se refiere a la rotación del soporte de columna.	24-10-2023	17:15:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	17:21:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.5.1 del ítem 3 donde dice Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado solicitamos a la convocante modificar a Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado o manual, debido a que en el punto 4.2.6 solicitan control de colimación MANUAL.	24-10-2023	17:15:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:11:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.6.3 del ítem 3 donde dice Tamaño de área activa del detector de 43cm x 43cm o mayor solicitamos a la convocante modificar a Tamaño de área activa del detector de 42.5 cm x 42.5 cm o mayor la diferencia solicitada es mínima lo cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.	24-10-2023	17:16:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:11:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.6.4 del ítem 3 donde dice Matriz de 3072 x 3072 o mayor solicitamos a la convocante modificar a Matriz de 3070 x 3070 o mayor. Cada fabricante maneja una matriz propia para el diseño de su equipo, además la diferencia solicitada es mínima, la cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.	24-10-2023	17:16:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las mínimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:11:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el punto 4.6.8 del ítem 3 donde dice Transmisión de datos: Previsualización 3,5 segundos. Imagen completa 5 segundos solicitamos a la convocante modificar a Transmisión de datos: Previsualización 3,5 segundos. Imagen completa 7 segundos dicho parámetro es estándar en la mayoría de los equipos de rayos X fijo y lo normalmente aceptado por los médicos, además la diferencia solicitada es mínima, la cual no afectará al diagnóstico ni a la calidad de imagen, por lo que solicitamos que modifiquen este punto a fin de tener la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.	24-10-2023	17:17:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	17:21:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6.3 del ítem 3 donde dice Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo solicitamos aclarar que la garantía no incluye daños que pudiere sufrir el equipo por errores de utilización, golpes y/o desgaste natural.	24-10-2023	17:17:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	17:20:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo solicitamos a la convocante modificar dicho punto a Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes 60 (sesenta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional.	24-10-2023	17:18:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:12:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice "Plazo de reposición de bienes 10 (diez) días hábiles desde su notificación por escrito al proveedor" solicitamos a la convocante modificar dicho punto a "Plazo de reposición de bienes 15 (quince) días hábiles desde su notificación por escrito al proveedor " Lo solicitado se debe a que en el plazo de reposición de bienes se deben considerar: los plazos de Importación de los Bienes, el tiempo en tránsito y los procesos aduaneros realizados por terceros.	24-10-2023	17:18:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	17:20:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice 3.1 Presentar Certificado de Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. solicitamos muy amablemente a la convocante que este ítem deba incluir Normas del Mercosur	25-10-2023	04:33:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	27-10-2023	12:55:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que el plan de entregas quede de la siguiente manera 60 (sesenta) días hábiles posteriores a la recepción del Anticipo.	25-10-2023	04:38:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	17:20:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos a la convocante modificar este punto a por lo menos 120 días hábiles luego de la entrega del anticipo esto debido que, al tamaño del equipo necesariamente se debe producir e importar y esto demora al menos de 120 días.	25-10-2023	07:12:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	17:19:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos a al convocante eliminar o indicar como opcional este punto Frecuencia mínima de 300 kHz ya que esta especificación es irrelevante, no tiene efecto en la calidad de estudios a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.	25-10-2023	07:12:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:13:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con Capacidad calorica de la carcasa de 1000kHu o superior para dar oportunidad a más competencia, considerando que el parámetro que garantiza el performace térmico del tubo es la capacidad térmica del ánodo y no la tasa con que se disipa el calor la carcasa.	25-10-2023	07:13:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	17:19:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con Movimiento transversal de almenos 10cm o mayor , a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes debido a que esta especificación no afecta a la calidad del estudio ni es un parametro de importancia clínica.	25-10-2023	07:13:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:13:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante permita cotizar equipos con Rango de recorrido vertical de 68 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes	25-10-2023	07:14:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:14:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante modifique las especificaciones y permita cotizar equipos con Tamaño de píxel de 139 micras o mayor", ya que un número específico se puede tomar como una parámetro dirigido a un solo fabricante o marca, dejando fuera a las demás competencias.	25-10-2023	07:14:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:14:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Rango de recorrido vertical de 165 cm o superior. SOLICITAMOS a la convocante permita ofertar equipos con rango de recorrido vertical de 155 cm o mayor, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes y evitar el direccionamiento hacia una marca específica.	25-10-2023	07:55:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:15:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 4.3.2 Rango de recorrido vertical de 165 cm o mayor, solicitamos a la convocante permitan cotizar equipos cuyo recorrido vertical sean de 158 cm o mayor considerando que con este valor se cubre toda la extensión del cuerpo humano en posición de bipedestación cubriendo todos los requerimientos de una sala radiográfica convencional.	25-10-2023	07:59:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio	31-10-2023	17:16:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 4.4 Manipuleo y control por pantalla táctil y mando rotatorio. Consulta: Llevando en cuenta la importancia del llamado para evaluar más ofertas de potenciales oferente, se consulta amablemente a la convocante dejar como opcional, ya que los monitores de más capacidad ya no son con mando rotatorio. De modo a no limitar la participación de los oferentes.	25-10-2023	08:06:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	27-10-2023	12:56:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 4.16 Al menos 4 interfaz USB. Consulta: Llevando en cuenta la importancia del llamado para evaluar más ofertas de potenciales oferente, se consulta amablemente a la convocante aceptar 2 interfaz USB. De modo a no limitar la participación de los oferentes.	25-10-2023	08:07:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse la nueva version del PBC	27-10-2023	12:57:08

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 5.24 Modos para la toma de presión: manual y automática a tiempos de intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, y 480 minutos. Consulta: Se solicita amablemente a la convocante aceptar Modos para la toma de presión: Manual, Auto, STAT, Secuencia Intervalo de medición en modo automático 1 minuto, 2 minutos, 2.5 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1h, 1.5h, 2h, 3h, 4h, 8h. De modo a no limitar la participación de los oferentes		25-10-2023	08:07:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC		27-10-2023	12:58:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE DICE: Rotación del tubo alrededor del eje vertical como mínimo -180° ~ 180°. SOLICITAMOS a la convocante permita ofertar equipos con un rango de rotación de 180 grados (+/- 90°), ya que con este rango es suficiente para cubrir todas las necesidades para la realización correcta de los estudios de imágenes, sin ninguna limitación técnica, ADEMÁS esto permitirá una mayor participación de oferentes, y evitar el direccionamiento de las especificaciones hacia alguna marca o empresa determinada.		25-10-2023	08:21:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC		31-10-2023	17:18:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
"Rayos x fijo. 1 - Donde dice: 4.6.1- Detector inalámbrico o con longitud de cable detector mínimo de 6 metros. teniendo en cuenta la complejidad y flujo de trabajo en el Incan Solicitamos a la convocante requerir dos detectores Planos, esto se debe a que normalmente los equipos de esta categoría son doble detector digital uno móvil inalámbrico que va en el Bucky de la mesa y otro detector digital fijo con cable que va en el Bucky mural, con esta configuración se procede a realizar todas las exploraciones necesarias para el servicio.		25-10-2023	08:38:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC		31-10-2023	17:18:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SOLICITAMOS amablemente a la convocante que amplíe el plazo de entrega del equipo de rayos x fijo a al menos 90 días, debido a la naturaleza de dicha tecnología, estos, por lo general deben ser fabricados según especificaciones solicitadas por el cliente y esto por lo menos toma 15 a 21 días y a esto se le debe adicionar el periodo del flete que por el precio referencial debe ser marítimo, y cualquier flete marítimo desde Europa o USA tomaría al menos 60 días. Además se debe tener en cuenta que estos equipos por su naturaleza deben contar con permisos especiales para su transporte y liberación aduanera. La única manera de cumplir con los plazos de entrega actuales es teniendo el equipo en STOCK localmente, lo que implica una clara ventaja competitiva y un direccionamiento hacia una empresa determinada, lo cual viola el principio de igualdad de competencia, estipulado en la ley de contrataciones publicas.		25-10-2023	08:40:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC		31-10-2023	17:18:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Rayos X fijo En el punto 4.6.1 Detector inalámbrico o con longitud de cable detector mínimo de 6 metros. Solicitamos a la Convocante Solicitar equipos con doble detector alámbrico e inalámbrico para garantizar el tiempo de adquisición, fin de brindar mayor capacidad de prestación en el servicio		25-10-2023	08:41:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC		31-10-2023	17:17:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
"3-Donde dice: 4.5.1 Rango de recorrido vertical de 35 cm o menor a 170 cm o mayor, motorizado, solicitamos a la convocante requerir que solicitado realice seguimiento automatico del bucky mural y el tubo.		25-10-2023	08:49:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC		31-10-2023	17:17:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante analizar y responder técnicamente las consultas de todos los oferentes, pues en la última adenda para el ítem 3, se modificaron varios parámetros constructivos solicitados solo por algunos oferentes, restringiendo aun la participación de otros potenciales oferentes, por características constructivas que también podrían ser ampliadas de manera a permitir mayor participación de marcas.		25-10-2023	08:55:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al PBC las especificaciones son las minimas requeridas por el servicio		31-10-2023	17:16:43
CONSULTA			

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 3 Rayos X Fijo Mesa del Paciente Las especificaciones técnicas necesarias son de equipos con características especiales, para usos en pacientes con movilidad limitada por ejemplo en camillas y sillas de rueda teniendo en cuenta la calidad del servicio tanto desde el personal encargado de realizar los estudios y del punto de vista del paciente solicitamos a la convocante que requiera equipos con elevación eléctrica de la mesa. De esta manera y con el presupuesto asignado contara con equipos de primera calidad tanto en tecnologías y prestaciones al momento de realizar los estudios.	25-10-2023	08:55:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	31-10-2023	17:17:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 7 donde dice 10 tipos de cálculos de dosis de medicamentos solicitamos a la convocante aceptar equipos con 6 tipos de calculos de dosis de medicamentos considerando cantidad suficiente para el uso de la funcion y permitir dar participacion a mayor cantidad de oferentes	25-10-2023	08:59:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la nueva versión del PBC	27-10-2023	12:58:27

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: FALCON COM. & IND. S.A. - RUC: 80010835-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508008745	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	09-11-2023	09-11-2023	07-05-2024
Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7					
Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 10
1508007608	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA	09-11-2023	10-11-2023	07-05-2024
Oferente: SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - RUC: 80063377-6					
Oferente: SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - RUC: 80063377-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 11
1508000096	Póliza	Nobleza Seguros S.A.	09-11-2023	09-11-2023	08-05-2024
Oferente: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80072821-1					
Oferente: ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80072821-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 12
1508007033	Póliza	Royal Seguros S.A.	09-11-2023	09-11-2023	20-04-2024
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1					
Oferente: DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 13
1508008759	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	09-11-2023	09-11-2023	07-05-2024

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - RUC: 80085605-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 14
1508013342	Póliza	Aseguradora del Este S.A	23-10-2023	02-11-2023	29-04-2024
Oferente: SUMI SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80068800-7					
Oferente: SUMI SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80068800-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 15
1508008610	Póliza	PATRIA SEGUROS	20-10-2023	23-10-2023	17-04-2024
Oferente: DENTAL GUARANI SA - RUC: 80025640-9					
Oferente: DENTAL GUARANI SA - RUC: 80025640-9			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 16
1508008607	Póliza	patria seguro	12-10-2023	13-10-2023	30-05-2024
Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1					
Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508057604 - END.: 000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	09-11-2023	09-11-2023	07-05-2024
Oferente: V & V S.A - RUC: 80038216-1					
Oferente: V & V S.A - RUC: 80038216-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508007032	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	09-11-2023	09-11-2023	09-05-2024
Oferente: BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - RUC: 80008449-7					
Oferente: BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - RUC: 80008449-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
1508057605-000	Póliza	La Consolidada de Seguros S.A	09-11-2023	10-11-2023	28-05-2024
Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3					
Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5
1508008754	Póliza	Patria S.A de Seguros y Reaseguros	09-11-2023	10-11-2023	08-05-2024
Oferente: DEZETA S.A - RUC: 80019208-7					
Oferente: DEZETA S.A - RUC: 80019208-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6
1508006281	Póliza	El Sol del Paraguay Cia. de Seguros y Reaseguros	09-11-2023	09-11-2023	07-05-2024

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: ANDRES H. ARCE SA - RUC: 80023488-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7
1508007602	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	08-11-2023	09-11-2023	05-06-2024
Oferente: LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80011068-4					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 8		
1508003049	Póliza	ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	08-11-2023	09-11-2023	07-05-2024
Oferente: INFOTEC SA - RUC: 80021897-3					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 9		
1508007615	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	09-11-2023	09-11-2023	15-06-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42295108-001	Mesa Quirúrgica					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Novamec	Mecsul Industria y Comercio Importacion y Exportacion de Equipamientos Hospitalares Ltda.	MEC/S 140	Brasil	Mesa quirúrgica general eléctrica	288.500.000	1.154.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	FAMED	Famed Zywiec Sp. z o.o.,	SU-03	POLONIA	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas.	330.000.000	1.320.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	BARRFAB	BARRFAB INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORTADOR EXPORTADOR DE EQUIPOS HOSPITALARI LTDA.	BF 683 TDP	BRASIL	MESA QUIRÚRGICA	285.000.000	1.140.000.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	JIANGSU SAIKANG	JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	A100-4	CHINA	Mesa Quirúrgica	150.000.000	600.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	ARI MEDICAL	ARI Medical Technology Co., Ltd.	AMT-FS.II	CHINA	MESA QUIRURGICA	328.500.000	1.314.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42291613-004	Bisturi quirúrgicos					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	KLS Martin	GEBRÜDER MARTIN GMBH & CO. KG	MAXIUM	ALEMANIA	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas.	300.000.000	1.200.000.000
V & V S.A - 80038216-1	AHANVOS	Beijing Jinghengwei Technology Development Co., Ltd	HV-400	China	unidad Electroquirúrgica	179.520.000	718.080.000

ALBATROS SACI - 80002766-3	BARRFAB	BARRFAB INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORTADOR EXPORTADOR DE EQUIPOS HOSPITALARI LTDA.	LC4	BRASIL	ELECTROBISTURÍ	163.000.000	652.000.000
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	BOWA	BOWA-ELECTRONIC GMGH & CO. KG.	ARC 350	ALEMANA		187.680.000	750.720.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	ARI MEDICAL	ARI Medical Technology Co., Ltd.	ESU-2000AI(LCD)	CHINA	ELECTROBISTURI DE USO QUIRURGICO	186.048.000	744.192.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	41111808-001	Equipo de rayos X fijo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	Allengers	Allengers Medical Systems LTD.	Mars 50+	India	Equipo de Rayos X Digital Fijo	1.125.000.000	1.125.000.000
DEZETA S.A - 80019208-7	DRGEM	DRGEM CORPORATIO	GXR-52SD	COREA	EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL	1.100.000.000	1.100.000.000
INFOTEC SA - 80021897-3	WANDONG	BEIJING WANDONG MEDICAL TECHNOLOGY CO.LTD	NEW ORIENTAL 1000ND	CHINA	Equipo de rayos X fijo	1.350.000.000	1.350.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	PERLOVE MEDICAL	Nanjing Perlove Medical Equipment Co., LTD	PLD6500B	CHINA	Equipo de rayos X fijo.	1.282.000.000	1.282.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	DK MEDICAL	DK MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	INNOVISION EXII	COREA	Equipo de rayos X fijo	1.687.500.000	1.687.500.000
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	SHIMADZU	SHIMADZU CORPORATIO	Radspeed Pro MC	Japón	Equipo de rayos x fijo	1.200.000.000	1.200.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	41111808-002	Equipo de rayos X portatil					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	RUNYES	RUNYES	RAY68	CHINA	CHINA	22.000.000	22.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	ARI MEDICAL	ARI Medical Technology Co., Ltd.	ADM-10A	CHINA	Equipo de rayos X portatil.	22.340.000	22.340.000
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	YouJoy	Ningbo YouJoy	YouM	china	rayos x portatil	22.344.000	22.344.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	42151701-001	Sillon odontologico					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	TOYE	TOYE	(SET DE eQUIPOS) SILLON CON ACCESORIOS SOLICITADOS VARIOS MODELOS	CHINA	SILLON ODONTOLOGICO	45.000.000	135.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	ARI MEDICAL	ARI Medical Technology Co., Ltd.	DU-2305	CHINA	Sillon odontologico	41.116.000	123.348.000
DNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80085605-8	Woson	Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co, Ltd	Wodo	China	Kit, Sillon Odontologico	35.350.000	106.050.000
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	Appledental	Guandong Jinme Medical	Ap027	china	sillon odontologico	41.100.000	123.300.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	42181904-002	Monitor multiparametrico media complejidad					12

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	Edan Instruments Inc.	iM70	CHINA	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas.	40.000.000	480.000.000
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	EDAN	Edan Instruments Inc	X12	China	Monitor multiparametrico media complejidad	45.425.000	545.100.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	ADVANCED	ADVANCED INSTRUMENT. INC.	PM-2000XL Plus	USA	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	40.000.000	480.000.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	BISTOS	BISTOS CO., LTD.	BT-770	COREA	Monitor multiparametrico media complejidad	33.000.000	396.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	AMELIFE	AMELIFE LLC	N/A	EEUU	Monitor multiparametrico media complejidad	45.425.000	545.100.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	ARI MEDICAL	ARI Medical Technology Co., Ltd.	ARI800I	CHINA	Monitor multiparametrico media complejidad	45.000.000	540.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	Biolight	Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd.	S12	CHINA	Monitor multiparametrico media complejidad	59.250.000	711.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	42181904-002	Monitor multiparametrico alta complejidad	5

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	EDAN	Edan Instruments Inc.	iM70	CHINA	Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas.	55.000.000	275.000.000
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	EDAN	Edan Instruments Inc	IM-70	China	Monitor multiparametrico alta complejidad	55.295.833	276.479.165
ALBATROS SACI - 80002766-3	ADVANCED	ADVANCED INSTRUMENT. INC.	PM-2000XL Plus	USA	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	48.000.000	240.000.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	BISTOS	BISTO CO., LTD.	BT-770	COREA	Monitor multiparametrico alta complejidad	40.000.000	200.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	AMELIFE	AMELIFE LLC	N/A	EEUU	Monitor multiparametrico alta complejidad	57.700.000	288.500.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	ARI MEDICAL	ARI Medical Technology Co., Ltd.	ARI-800D	CHINA	Monitor multiparametrico alta complejidad	54.800.000	274.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	Biolight	Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd.	S12	CHINA	Monitor multiparametrico media complejidad	72.125.000	360.625.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Mesa Quirurgica				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	410.000.000	10-11-2023	09:33:43.019	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0ad80e9248a36f75485fabd406d106f	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	413.000.000	10-11-2023	09:33:41.054	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71ad1b52721b93dd915650a1536228eb	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	415.000.000	10-11-2023	09:33:37.639	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87f8eba99265ab9b8226a65cf7a424a6	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	419.000.000	10-11-2023	09:33:33.535	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df4f41bd64a417f9f1cc7b0dc2da304e	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	420.000.000	10-11-2023	09:33:23.695	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	afa80cf54770c9a0d90b7ee15108f769	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	424.000.000	10-11-2023	09:33:27.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30bc085885fb1a8dc1611a27e2bf795	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	425.000.000	10-11-2023	09:33:23.535	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3fa996d7e0abcd515bcc533fd725cfd1	

Listado General de todas las Ofertas

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	428.000.000	10-11-2023	09:33:15.986	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93038c05366d0fad0374f6ecc016eb0	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	430.000.000	10-11-2023	09:33:09.559	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	341413d4c44e7a3469ede89611cf8210	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	432.000.000	10-11-2023	09:33:10.798	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b125635f5bf68988991a60e09f7189f	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	434.000.000	10-11-2023	09:33:07.773	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa44cc4bddc9139a56e5bee7187851d4	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	435.000.000	10-11-2023	09:32:59.692	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5eeef62416d9bd803b022f5ea1c7d8e	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	435.000.000	10-11-2023	09:33:03.671	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a3d301300978709dca24c7118a33e12	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	435.900.000	10-11-2023	09:32:58.410	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80aa6d571c57f8284fc59b6ccb4f0772	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	439.900.000	10-11-2023	09:32:54.471	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56290512da1ab15c2a0f8107c0088861	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	440.000.000	10-11-2023	09:32:48.987	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fccd37238eb6806a3cf438d2926d58a8	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	455.900.000	10-11-2023	09:32:48.980	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7fd27594279e1b3ad1c5917746253654	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	459.900.000	10-11-2023	09:32:42.864	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	466aa332320df94345a9b80720c08bb0	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	460.000.000	10-11-2023	09:32:34.671	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c6ca93b67f4c78639d1f5b1b4b14743	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	469.900.000	10-11-2023	09:32:40.096	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12f85e10b30f42414ba2e52208485026	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	470.000.000	10-11-2023	09:32:20.988	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a65ad582df11ceb3393c63fee52a298	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	470.000.000	10-11-2023	09:32:30.171	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1796a0f5a9c11c7a9c0f07380cebf84	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	480.000.000	10-11-2023	09:32:12.073	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18660cc8a9a84885f56cc9f7e24ee594	
ALBATROS SACI - 80002766-3	520.000.000	10-11-2023	09:32:40.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	926596704f1a620d88431bb1b67780c0	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	530.000.000	10-11-2023	09:32:16.593	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a29abcc48cbdf93139dfa7a8ced1a4d	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	532.000.000	10-11-2023	09:32:15.529	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	394204af408db5ea825fb7ccdbee90ab	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	534.000.000	10-11-2023	09:32:10.804	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8df5ddc6c86c5b985a4f5e29b7181eb	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	535.000.000	10-11-2023	09:32:05.022	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15ce98c9189f8d3c0cdec5981703b4e1	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	535.000.000	10-11-2023	09:32:05.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f213daa6e8aac3eaa49c1367f177b5c	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	540.000.000	10-11-2023	09:32:01.428	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c963eeb7b9107a609771df5170cebe0	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	545.000.000	10-11-2023	09:31:58.363	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4cef68f8a5ede189339348761928f231	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	550.000.000	10-11-2023	09:31:52.243	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d949725ae5b674e3963b834777fc9ba	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	555.000.000	10-11-2023	09:31:54.168	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	654459e57ce1f3d7af49ef8a77375787	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	560.000.000	10-11-2023	09:31:46.555	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd6944dff44ab62e7d8bf4093ab8f058	

Listado General de todas las Ofertas

ALBATROS SACI - 80002766-3	560.000.000	10-11-2023	09:32:04.574	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19b4b77f771585059285cac474b36170	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	561.000.000	10-11-2023	09:31:48.309	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c88a5d50f3ee4338852ff2c2ab115fa	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	562.000.000	10-11-2023	09:31:45.682	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb6cda28650fab637c91df8210f0eda	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	565.000.000	10-11-2023	09:31:40.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89623e74ccb6cf3381c266f27f2c123e	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	568.000.000	10-11-2023	09:31:43.231	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a01dbb0c77f402320578b65a596053d3	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	570.000.000	10-11-2023	09:31:33.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8af801ddb2e309f1b8e74fc4375dfcd	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	588.000.000	10-11-2023	09:31:38.708	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d61e5a4c02b5f3420c3cb14fa6554a8	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	589.000.000	10-11-2023	09:31:31.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a876b55e4a6a230ac1d4841ecb3a9f50	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	590.000.000	10-11-2023	09:31:25.032	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea4def5d3a00f48a748664fea670938a	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	600.000.000	10-11-2023	09:02:45.896	Propuesta
		Código Verificador:	ac67bad1bd91ea8f451f5d94373ed1d1	
ALBATROS SACI - 80002766-3	600.000.000	10-11-2023	09:31:32.492	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	380b0e85a9af74337aa3c9f4d403913e	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	750.000.000	10-11-2023	09:31:27.184	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	082bccf8f32e42da8e44647017bd1de8	
ALBATROS SACI - 80002766-3	800.000.000	10-11-2023	09:31:12.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be110505752712895a6f01c17cfc3082	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	850.000.000	10-11-2023	09:31:14.559	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7244bafab4608ab441c69e36cf5f297	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	850.000.000	10-11-2023	09:31:16.986	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10d18182dd00b63f8d50c1681d37a19e	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	900.000.000	10-11-2023	09:30:59.055	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe2ad4f7ef6af8f1c444c201df35b22c	
ALBATROS SACI - 80002766-3	900.000.000	10-11-2023	09:31:06.737	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	289641efc3cb0ddf6e674c93b6c3539e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	940.000.000	10-11-2023	09:33:26.735	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34a464809bdeb1ad75454401394461a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	949.000.000	10-11-2023	09:31:17.707	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	928b73ff8161a8c7c9297896c3a8c8d0	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	950.000.000	10-11-2023	09:31:03.133	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22a2b34ea2889453f697c045663baf9f	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.000.000.000	10-11-2023	09:30:39.306	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a55d152b20530255a3a54a0f8a4daa0	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	1.100.000.000	10-11-2023	09:30:29.102	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df8e96c5e70edb4af0ba094d818a1389	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.100.000.000	10-11-2023	09:30:32.132	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24e027948605c1ceef5f14106a8f30f2	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.134.000.000	10-11-2023	09:30:33.879	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9ac8ab1aef84a47821e9f540d40c6be	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.135.000.000	10-11-2023	09:23:52.431	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c032a24ae3a5b950bb84de6e082c75b9	
ALBATROS SACI - 80002766-3	1.140.000.000	10-11-2023	09:02:45.894	Propuesta
		Código Verificador:	cd029ecc97b7cd4fd4edc56821d2804d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.153.000.000	10-11-2023	09:20:15.695	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b65a41ad418b6e963ab1c6da7acd6803	

Listado General de todas las Ofertas

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.154.000.000	10-11-2023	09:02:45.893	Propuesta
		Código Verificador:	d40d63836c92a50e98625bc882be8b7c	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	1.314.000.000	10-11-2023	09:02:45.896	Propuesta
		Código Verificador:	bc559903a84645139d57996a8932962c	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.320.000.000	10-11-2023	09:02:45.895	Propuesta
		Código Verificador:	4f3014185454b278864299c47781e098	

2 - Bisturi quirurgicos

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	244.000.000	10-11-2023	09:48:08.615	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf48f01d98d6812c101c98c57a1e3a84	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	245.000.000	10-11-2023	09:47:00.204	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a149b0e987ed63060c50e74831449579	
V & V S.A - 80038216-1	249.500.000	10-11-2023	09:47:44.854	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ccb1c62834eb54bf01f61e6f0ef3002f	
V & V S.A - 80038216-1	250.000.000	10-11-2023	09:46:52.168	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	202d706c9b1543baf16877f70b6446aa	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	260.000.000	10-11-2023	09:46:46.168	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	010636be180648dc935eb374aeb70cf9	
V & V S.A - 80038216-1	265.000.000	10-11-2023	09:46:47.305	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea32e98a1e42769b689cb0ac23d563c1	
V & V S.A - 80038216-1	268.000.000	10-11-2023	09:46:43.279	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d21d2c34d85244cafd2f670b8b71178	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	270.000.000	10-11-2023	09:46:30.447	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cb1f4287525dd8530027f328625b774	
V & V S.A - 80038216-1	282.500.000	10-11-2023	09:46:32.092	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31841b6578d18347cd8903301e1a99bc	
V & V S.A - 80038216-1	285.000.000	10-11-2023	09:46:23.583	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	197fe8b9ae3544536a37bd44ec437962	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	290.000.000	10-11-2023	09:46:14.975	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e064b120a55a15deac642844e6b56923	
V & V S.A - 80038216-1	295.000.000	10-11-2023	09:46:19.356	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34869f71c8488a8f3578bcd8a9f81fc1	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	300.000.000	10-11-2023	09:46:09.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb04b301ff0c7163bd7e6cf133b15015	
V & V S.A - 80038216-1	300.000.000	10-11-2023	09:46:14.072	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7bbb9120aa0582843f65e49330daba48	
V & V S.A - 80038216-1	315.000.000	10-11-2023	09:46:10.144	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba799a05c1f51582373faafe4b7c408	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	320.000.000	10-11-2023	09:46:04.618	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a56dca971d2cdcea37c630523623b89e	
V & V S.A - 80038216-1	335.000.000	10-11-2023	09:46:06.495	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04ae329f85fa67223aaa3439b34b543e	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	350.000.000	10-11-2023	09:45:59.281	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0d153fb54b9c0150f67d8a0cb017cae	
V & V S.A - 80038216-1	365.000.000	10-11-2023	09:46:01.076	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8e4f02ac00c60f99d3397084c616a22	
V & V S.A - 80038216-1	375.000.000	10-11-2023	09:45:57.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3bac025b21660e5849e2dca3f47740c6	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	380.000.000	10-11-2023	09:45:51.323	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5febb86b3d483850be2df6dae810e7fd	
V & V S.A - 80038216-1	385.000.000	10-11-2023	09:45:53.293	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffe4e9404836627551cd15a0f6322654	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	390.000.000	10-11-2023	09:45:49.154	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	807eb5d1fccc83e197fdfe0392b339b2	
ALBATROS SACI - 80002766-3	400.000.000	10-11-2023	09:45:42.295	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d634a2708365b811302230431baf285f	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	400.000.000	10-11-2023	09:45:44.965	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7455b70e5d0c9c75c9ce2503fbb44092	
V & V S.A - 80038216-1	405.000.000	10-11-2023	09:45:43.778	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5768d8c9dcccdf9c59da55fed5dfd811e	
V & V S.A - 80038216-1	415.000.000	10-11-2023	09:45:39.055	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3ef2ccd3c87dbd76e875cc896a28762	
V & V S.A - 80038216-1	420.000.000	10-11-2023	09:45:35.380	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a4983579fd9a46a6676c9bd74512018	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	420.000.000	10-11-2023	09:45:37.052	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9935aea8f4c99a77c53c10c3e886d985	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	425.000.000	10-11-2023	09:45:34.437	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	693f6b72f9038dd7f6c0d23276641061	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	435.000.000	10-11-2023	09:45:28.799	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15b6bdfd447e5f57257ec6c24ab92395	
V & V S.A - 80038216-1	435.000.000	10-11-2023	09:45:31.379	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c579bd152aa8c0ea899871d0119fe2a8	
V & V S.A - 80038216-1	460.000.000	10-11-2023	09:45:27.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2362762eeb0b69afe6fb3dbc5131e863	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	470.000.000	10-11-2023	09:45:21.319	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b023b30071c4c787a0e8d0e2ca65a4d	
V & V S.A - 80038216-1	485.000.000	10-11-2023	09:45:23.169	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ad95f132f71d784fd4b9bc09ce8d52e	
V & V S.A - 80038216-1	500.000.000	10-11-2023	09:45:18.637	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a28b5a04aca5d64aa6cc5a21dda8a631	
ALBATROS SACI - 80002766-3	500.000.000	10-11-2023	09:45:22.634	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58e8dd0438abc385dad7753b40270fa5	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	510.000.000	10-11-2023	09:45:11.134	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a2a6f3bce9102ae02d84464a1561412	
V & V S.A - 80038216-1	515.000.000	10-11-2023	09:45:12.975	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ef9152399da1fdb60b60b904654c7ed	
ALBATROS SACI - 80002766-3	520.000.000	10-11-2023	09:45:14.060	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2709bb6a1d8e6e97b72c1a3766c815bf	
V & V S.A - 80038216-1	525.000.000	10-11-2023	09:45:07.629	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b13c5543635e024818268f4e42f8402	
V & V S.A - 80038216-1	535.000.000	10-11-2023	09:45:03.416	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3fad6c9f2025cadd61f2e04a287b28a	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	540.000.000	10-11-2023	09:45:03.396	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdf8e54ef7bd8ccc4544ed59c6f44652	
ALBATROS SACI - 80002766-3	560.000.000	10-11-2023	09:44:55.708	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be9334641791b45c711b22548719a13e	
V & V S.A - 80038216-1	560.000.000	10-11-2023	09:44:58.404	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99f482155357723f543bf1285168f43c	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	570.000.000	10-11-2023	09:44:55.798	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5472330230ab9b73dbbd15f723bed47	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	575.000.000	10-11-2023	09:44:52.857	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e388e0a24987e2b8a942d2e542cb0eae	
V & V S.A - 80038216-1	575.000.000	10-11-2023	09:44:54.019	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c389a3669218d6e4e7afa9729acf2911	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	580.000.000	10-11-2023	09:44:47.246	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b71f4f274bbe948a9be4fe3acfa306d4	

Listado General de todas las Ofertas

V & V S.A - 80038216-1	580.000.000	10-11-2023	09:44:49.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa29ca74415006461697d8b805545d1a	
ALBATROS SACI - 80002766-3	580.000.000	10-11-2023	09:44:50.194	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc9956d2340a43cdcd7348b7bde1f741	
V & V S.A - 80038216-1	585.000.000	10-11-2023	09:44:45.693	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9427195ecf69e666f440cc0f3f5a516	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	600.000.000	10-11-2023	09:44:36.869	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e27b4534c1ab0a6d4434e6a5c5959d68	
ALBATROS SACI - 80002766-3	600.000.000	10-11-2023	09:44:40.125	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80b0562e8a56259a95de0120e737f8fe	
V & V S.A - 80038216-1	600.000.000	10-11-2023	09:44:40.704	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91a8cc375354d5d2261be54e866b836b	
V & V S.A - 80038216-1	605.000.000	10-11-2023	09:44:35.194	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed9acb936fe6d2a80c876da6b5667921	
V & V S.A - 80038216-1	610.000.000	10-11-2023	09:44:30.826	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f308acc2d6cd21baef01d9545b2b32a3	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	620.000.000	10-11-2023	09:44:24.231	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	768de962e248334eee4813b2a60056f8	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	630.000.000	10-11-2023	09:44:20.196	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	643beca869a3d73e0831ef397d925541	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	640.000.000	10-11-2023	09:44:15.958	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c2fbfbc0059d60e2fd72a098d1520e5	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	648.000.000	10-11-2023	09:51:06.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	543d8c5504d96e430b085de4c63415d3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	650.000.000	10-11-2023	09:50:48.044	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f73d788be6ee08a11e1145225ac85a64	
ALBATROS SACI - 80002766-3	652.000.000	10-11-2023	09:02:45.990	Propuesta
		Código Verificador:	8379a7fe9d1ded43f5919570706fc6ee	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	652.000.000	10-11-2023	09:50:42.034	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73157ef99a0b729a429584a53e714511	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	654.000.000	10-11-2023	09:50:31.812	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e7dcac5be0218d6447e58751c8818db	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	656.000.000	10-11-2023	09:50:12.534	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9242578f97e745baf94e1bffd9e7a50e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	658.000.000	10-11-2023	09:49:13.573	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5fb2ec90cfd87e9e5ad4526c66a6fa08	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	660.000.000	10-11-2023	09:48:54.411	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d79c65844dd14e2c64cbcd8ba47b9756	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	665.000.000	10-11-2023	09:48:48.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9c9564e4b2fa3fbeb9b4c863994d11c	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	668.000.000	10-11-2023	09:48:40.646	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b76dc6c87dd63e0e4e4a2999aacd354d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	668.000.000	10-11-2023	09:48:42.273	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12160bdc2573f774fc1d556836641b9d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	670.000.000	10-11-2023	09:48:31.905	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60dff40e171cbf58870c66ce5e390ee	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	670.000.000	10-11-2023	09:48:35.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0bb9b93fd132e0021e6b30073e570916	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	671.000.000	10-11-2023	09:48:31.562	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	012fa0849da0163e9fe9dca28fd35660	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	672.000.000	10-11-2023	09:48:28.007	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c9fea87cff472bb1a0ddc9a6405985f	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	673.000.000	10-11-2023	09:48:25.843	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6434d8691f6dd76a7a90cde9215989c9	

Listado General de todas las Ofertas

SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	674.000.000	10-11-2023	09:48:23.789	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f38e468d81ded535c85f5d65dc35289	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	675.000.000	10-11-2023	09:48:17.629	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da239a9bed80cf6c8a8f0d35117cca9e	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	676.000.000	10-11-2023	09:48:19.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9e89f616d95d758676716b6d0f60554	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	677.000.000	10-11-2023	09:48:15.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e98667cbb8654d153d7f9282e0c3c6fa	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	678.000.000	10-11-2023	09:48:09.180	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e94dff63c8a35495bfa73f602af6f27	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	678.000.000	10-11-2023	09:48:10.229	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a91f2d15d362e2f5751f436138974ac	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	680.000.000	10-11-2023	09:47:56.432	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd7fb66b8ca724ef1eb4bb6e22f7dea3	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	684.000.000	10-11-2023	09:47:57.144	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	badca17ac16cb020565208b357ccaceb	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	685.000.000	10-11-2023	09:47:50.439	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10dae54f043ee813d0a657e2d403e565	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	686.000.000	10-11-2023	09:47:50.959	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74b5ea9f9c3e37b301cf1852f8b9c27b	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	688.000.000	10-11-2023	09:47:43.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6646e7008a989bb162060c574d13c88	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	688.000.000	10-11-2023	09:47:44.649	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e264443dc5ad1192c03223b6512cf8e	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	690.000.000	10-11-2023	09:47:32.994	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e21ca101ca71acb6fb2ce0491110cb	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	690.000.000	10-11-2023	09:47:36.246	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98526927a7119d252790fd785a510b47	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	692.000.000	10-11-2023	09:47:31.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae12053da669286dd87afd5c85c5aba9	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	694.000.000	10-11-2023	09:47:26.346	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	182b39d1cc23c21fc14ab4af5cf1231c	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	694.000.000	10-11-2023	09:47:27.904	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7fcc1ded26b3d648e422b3f172880522	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	695.000.000	10-11-2023	09:47:15.485	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7de092b6a4e02c7496634b8df87ea4de	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	695.000.000	10-11-2023	09:47:23.613	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa8d170d2c424a473ca66b36c1b96fa6	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	698.000.000	10-11-2023	09:47:03.809	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	950ba1ad117477bc96d3426b706b4769	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	700.000.000	10-11-2023	09:46:53.066	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a2c58666866c7e0ec4f29e0126d3aaf	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	700.000.000	10-11-2023	09:47:05.357	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a84e620a62008fda94b09161665208b1	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	704.000.000	10-11-2023	09:46:48.594	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d31690a739397e9f86e3ce3ee74fe85f	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	705.000.000	10-11-2023	09:46:43.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5259a244abc1fe7d486d4a9e62f1d28	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	707.000.000	10-11-2023	09:46:43.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d04223f0b5ce5af9626e2eba920f6239	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	709.000.000	10-11-2023	09:46:36.669	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b86d710a038685c3f94559ab502c7d0	

Listado General de todas las Ofertas

SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	710.000.000	10-11-2023	09:46:22.165	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3452a14b4956067dcb06f203200f6aeb	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	715.000.000	10-11-2023	09:44:06.507	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6ab44674154bb0eca1697460619a2a2	
V & V S.A - 80038216-1	718.080.000	10-11-2023	09:02:45.992	Propuesta
		Código Verificador:	0b9baff4e1d2af264a2e213428edec8b	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	719.000.000	10-11-2023	09:46:28.208	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3289dcb86cdbdab0ec0d8223f524ad18	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	720.000.000	10-11-2023	09:46:06.968	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67ea35de46abbed3be5ab477e444e31a	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	720.000.000	10-11-2023	09:46:10.003	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56ef513283ce95ca887b11dd88768c5d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	724.000.000	10-11-2023	09:45:57.472	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e22a6e9aedffaeb7e6ddfe53095ae75	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	725.000.000	10-11-2023	09:45:47.716	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19f2e470dce4cb99500f18360039bd09	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	729.000.000	10-11-2023	09:45:40.427	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe0e88e36125af32a131c8443065495	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	730.000.000	10-11-2023	09:45:22.947	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	38ddb7ebbf2d923320be2c6ba026cdd3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	740.000.000	10-11-2023	09:45:08.908	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4682923358072a1b18ec2b824e604027	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	740.000.000	10-11-2023	09:45:11.963	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6b97ed5fc7ad9434a18faec55b4bc2b	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	744.192.000	10-11-2023	09:02:45.992	Propuesta
		Código Verificador:	077f4b5246773bd10670f0b77af22b9d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	750.719.000	10-11-2023	09:37:57.954	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3b6f323b7a6ab13e814de7211af45861	
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	750.720.000	10-11-2023	09:02:45.990	Propuesta
		Código Verificador:	6567c94c180e2128757afbae670fb785	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	1.200.000.000	10-11-2023	09:02:45.991	Propuesta
		Código Verificador:	3306ca7646b66827665c137c44261c4c	

3 - Equipo de rayos X fijo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFOTEC SA - 80021897-3	689.500.000	10-11-2023	10:21:03.558	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca29ffd0f8c767470162609a17360e3a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	690.000.000	10-11-2023	10:20:51.689	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2333e7933f25e4f5a24954c93ee09b9a	
INFOTEC SA - 80021897-3	711.500.000	10-11-2023	10:20:53.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e887f1bb93ad8805589c168857c6c4ba	
INFOTEC SA - 80021897-3	713.500.000	10-11-2023	10:20:49.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e04c640f5e23b6f1fd797c3dfe5ed66	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	715.000.000	10-11-2023	10:20:45.584	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58c67926e5e0bf4b7f84095a0bb9fa2d	
INFOTEC SA - 80021897-3	724.500.000	10-11-2023	10:20:46.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3510fea8cc7fd4ecf6a2f246183a1df5	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	725.000.000	10-11-2023	10:20:43.064	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c83ba6d15f62d6b7e5521c8faf30861c	
INFOTEC SA - 80021897-3	727.500.000	10-11-2023	10:20:41.553	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36ed8ca1dd987e026a8f407c93174433	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	728.000.000	10-11-2023	10:20:39.062	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	656e7ed88d3fed484c51e6b369b82a00	
INFOTEC SA - 80021897-3	731.500.000	10-11-2023	10:20:35.982	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	982e17150b78a6e593d7c1f776f30423
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	733.000.000	10-11-2023	10:20:35.304
		Código Verificador:	d7c84afb3c17b795d14844983efc255e
INFOTEC SA - 80021897-3	734.500.000	10-11-2023	10:20:31.387
		Código Verificador:	6a5e0aa80f6ddf107d76e571ecba7306
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	735.000.000	10-11-2023	10:20:27.747
		Código Verificador:	c880475a7bc92deb0f88a3e0e643b828
INFOTEC SA - 80021897-3	738.500.000	10-11-2023	10:20:20.313
		Código Verificador:	537682f9477b163b759ec2d247ccad07
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	740.000.000	10-11-2023	10:20:18.649
		Código Verificador:	bbc1d6867ce15ee2a31c52827a6a06f7
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	740.000.000	10-11-2023	10:20:24.176
		Código Verificador:	e533f3cc56a740cba646bae1b6b43150
INFOTEC SA - 80021897-3	741.500.000	10-11-2023	10:20:13.814
		Código Verificador:	513164009435226895d68fad18b43f85
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	742.000.000	10-11-2023	10:20:09.933
		Código Verificador:	7f18beca39ba16b3e1be5b01daaf941f
INFOTEC SA - 80021897-3	744.500.000	10-11-2023	10:20:07.786
		Código Verificador:	8acc4d549b7dddc2e0f2db33fe04b3ec
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	745.000.000	10-11-2023	10:20:02.706
		Código Verificador:	58e566794e8d656537b7958d9a71687c
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	748.000.000	10-11-2023	10:20:06.736
		Código Verificador:	3b5bf91651411b1e951c3d17e55ba5a1
INFOTEC SA - 80021897-3	748.500.000	10-11-2023	10:19:56.575
		Código Verificador:	a7c08c2a811fb408be42d331cc8b2296
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	750.000.000	10-11-2023	10:19:52.392
		Código Verificador:	0981442db0567ae15807a8e160bf4598
INFOTEC SA - 80021897-3	758.500.000	10-11-2023	10:19:50.093
		Código Verificador:	320710be5a769d1fec25c1e066164508
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	759.000.000	10-11-2023	10:19:44.958
		Código Verificador:	7db6ef866da5caada8edd316634d6157
INFOTEC SA - 80021897-3	759.500.000	10-11-2023	10:19:38.453
		Código Verificador:	e9d56b22a0b51db425b39ee7a616057a
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	760.000.000	10-11-2023	10:19:33.160
		Código Verificador:	c4993c980169e8abf2bcafef830a4482
INFOTEC SA - 80021897-3	764.500.000	10-11-2023	10:19:27.951
		Código Verificador:	e9742913707c9d1374cca14f1460a10f
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	765.000.000	10-11-2023	10:19:21.362
		Código Verificador:	1c86b02e1af1ec8e1de388434ff3368c
INFOTEC SA - 80021897-3	769.500.000	10-11-2023	10:19:15.715
		Código Verificador:	aec9fe223e614494a351745441a499a6
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	770.000.000	10-11-2023	10:19:11.189
		Código Verificador:	0797c5da799f3e33306c6ddd1804ab41
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	778.000.000	10-11-2023	10:19:23.138
		Código Verificador:	b4fbd0c8df8caae544b9bebe2eaf2b
INFOTEC SA - 80021897-3	779.500.000	10-11-2023	10:19:07.017
		Código Verificador:	ecc262462b7b4e781f497a59ff3f27ca
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	780.000.000	10-11-2023	10:19:00.610
		Código Verificador:	61b4199e9243fac8f23c419520f0797d
INFOTEC SA - 80021897-3	794.500.000	10-11-2023	10:18:58.243
		Código Verificador:	c4d6405c0d9d3f2da8e47f11dda2a770
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	795.000.000	10-11-2023	10:18:53.627
		Código Verificador:	ae5c6ddd59af1a297efc8bc7c6dbc102

Listado General de todas las Ofertas

INFOTEC SA - 80021897-3	797.500.000	10-11-2023	10:18:50.920	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c55aef22e0c730f70ce844a2dc403dfe	
INFOTEC SA - 80021897-3	799.500.000	10-11-2023	10:18:45.378	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6e5c5e35d01a9cf6467eb2b43a7d792	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	800.000.000	10-11-2023	10:18:36.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c45f975a5ef7291c553d6150d5d27d1	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	827.000.000	10-11-2023	10:18:52.305	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	acdb0c51302f0d05d4a8cc7c7812d370	
INFOTEC SA - 80021897-3	828.500.000	10-11-2023	10:18:38.032	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c90e2bd4e62e8ce8f2337d482671f59	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	830.000.000	10-11-2023	10:18:34.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	adb2b8d86a73d658c583ac8b61fa6749	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	833.000.000	10-11-2023	10:18:26.994	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	446d3f2444ae46fbc843e2a7f46e0866	
INFOTEC SA - 80021897-3	833.500.000	10-11-2023	10:18:17.935	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3feca349a84d319958a7d53a8cb51dc0	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	834.000.000	10-11-2023	10:18:06.736	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e757f033dbcb14c2a89c2cf62aa8360	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	880.000.000	10-11-2023	10:18:15.966	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1f6c13dca06f2f18cd1f03dfebc0475	
INFOTEC SA - 80021897-3	884.500.000	10-11-2023	10:18:05.518	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1bb3dd064f4ab241c133af82cdb1307	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	885.000.000	10-11-2023	10:17:56.664	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff60f0f012ba9584b1b14363b0166fed	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	886.000.000	10-11-2023	10:18:00.472	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	635d15bf6bdc5e8e8ef7e714696e91f7	
INFOTEC SA - 80021897-3	889.500.000	10-11-2023	10:17:46.263	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e31d98a8c1705126accdf1f99ba83420	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	895.000.000	10-11-2023	10:17:48.828	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	992a9366a3d58a6572b47e3295db20e7	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	900.000.000	10-11-2023	10:17:40.411	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1eaf00f556759b409d56dd493e04b7c	
INFOTEC SA - 80021897-3	900.500.000	10-11-2023	10:17:40.464	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ac045d814e65389d176c62eaf16133e	
INFOTEC SA - 80021897-3	905.500.000	10-11-2023	10:17:35.656	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ba3ee874e0ccf7186d763d87b598049	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	910.000.000	10-11-2023	10:17:31.816	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb28cbb867ff43d4c366f8837c000d04	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	915.000.000	10-11-2023	10:17:30.332	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	482d25328ba75a4cd0fcd24791de8c	
INFOTEC SA - 80021897-3	918.500.000	10-11-2023	10:17:29.496	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	defabfc40727f1464f1e9ce56cc6530f	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	920.000.000	10-11-2023	10:17:19.091	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	332cd4834e043d6f0dbaebf2de2cf956	
INFOTEC SA - 80021897-3	928.500.000	10-11-2023	10:17:16.862	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	643be98e90ec3f0a8d23fc9ce52c7828	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	937.000.000	10-11-2023	10:17:24.403	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd76c831002b9d4bb4f82279ff5fff65	
INFOTEC SA - 80021897-3	938.500.000	10-11-2023	10:17:11.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6a0bcf01c83a104a1b0bb1b1a06c069	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	940.000.000	10-11-2023	10:17:05.889	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65e701f0f64f57ae20e8fb8e07ad3370	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	950.000.000	10-11-2023	10:17:07.843	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f7299bf00e5ea7670fdd2fe4e5bf51f	

Listado General de todas las Ofertas

SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	950.000.000	10-11-2023	10:17:51.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d3c2594bf1f408e13ad30ec73b996ed5	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	965.000.000	10-11-2023	10:17:02.797	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d676da7e59f6516c46a2469bdc5ead6	
INFOTEC SA - 80021897-3	967.500.000	10-11-2023	10:17:07.775	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1fa8a93b0eb7fca5555b8f994f831b8d	
INFOTEC SA - 80021897-3	968.500.000	10-11-2023	10:17:02.404	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4726fc6accd4ee58a4c63062180190e1	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	970.000.000	10-11-2023	10:16:55.832	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0bdf9432b034ce82262fe6e345e09255	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	970.000.000	10-11-2023	10:16:58.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3024c9f8dd4cd18c6ab85dc3ccdead2	
INFOTEC SA - 80021897-3	974.500.000	10-11-2023	10:16:58.124	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18ca4b22c0616845cfafa8ae00e0aa9d	
INFOTEC SA - 80021897-3	978.500.000	10-11-2023	10:16:51.540	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63c2547fcabf45c43717a7dc620df694	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	980.000.000	10-11-2023	10:16:44.854	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22743a6fd0f5ada4142d523b09338dbd	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	980.000.000	10-11-2023	10:16:48.118	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1fddc1829c15123c1a1e4b65a90fdbe	
INFOTEC SA - 80021897-3	985.500.000	10-11-2023	10:16:47.137	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4ca4f1066ba87f67b2e865d8a182143	
INFOTEC SA - 80021897-3	987.500.000	10-11-2023	10:16:40.415	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d552287c0df83214a0ed0ec3b47dcc51	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	989.000.000	10-11-2023	10:16:35.218	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1fa36e7f37538443cb494c58576153eb	
INFOTEC SA - 80021897-3	989.500.000	10-11-2023	10:16:33.702	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6e8e971e5034319a105ea600b897172	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	990.000.000	10-11-2023	10:16:28.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4d84e311632a1fd8ec6dae7c7b8cb04	
INFOTEC SA - 80021897-3	991.500.000	10-11-2023	10:16:26.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84496dc6ef6fe8fdf184258bf9de38c1	
INFOTEC SA - 80021897-3	994.500.000	10-11-2023	10:16:19.325	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3d1b31b388305093a4be2bc4502535c	
INFOTEC SA - 80021897-3	996.500.000	10-11-2023	10:16:12.380	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56fad5e048818aa3d114e7e8be07b6d6	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	997.000.000	10-11-2023	10:16:20.420	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45febe6861d532d1f3e5d22239162aa3	
DEZETA S.A - 80019208-7	997.000.000	10-11-2023	10:16:39.292	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2bfd42f23ebbc74055bd89652c9138c	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	998.000.000	10-11-2023	10:16:07.941	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9d995e4f98f5c4c1fb09fdefdc7905a	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	998.000.000	10-11-2023	10:16:09.305	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6971af5b84d1d609550a07bb1adbaf3d	
DEZETA S.A - 80019208-7	998.000.000	10-11-2023	10:16:14.435	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b539b083165de0673ed00e1d9390cf3e	
INFOTEC SA - 80021897-3	998.500.000	10-11-2023	10:16:03.895	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	833cbef5809412171e4c63285f8d47f8	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	999.000.000	10-11-2023	10:15:46.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2b07f1f75e18ae8dfce3b510ebf5a36	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	1.020.000.000	10-11-2023	10:15:43.554	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c884110c4a81f8f66ee726bd3945f86	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	1.035.000.000	10-11-2023	10:15:40.669	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6055ee326e271a9eccc313504de38097	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	1.040.000.000	10-11-2023	10:15:26.543	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8604f69ca5fadaaf097bf42d0147a5a8	

Listado General de todas las Ofertas

SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	1.050.000.000	10-11-2023	10:15:02.209	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72fba186439684f26bf588818d2f37ea	
DEZETA S.A - 80019208-7	1.087.000.000	10-11-2023	10:14:45.035	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db199b9a753c487371bba0f4e6366873	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.090.000.000	10-11-2023	10:07:44.233	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e111f79dd2b05a64912842dd3440fe27	
DEZETA S.A - 80019208-7	1.100.000.000	10-11-2023	09:02:46.103	Propuesta
		Código Verificador:	cceed909133b36fca14c5893f0c6a458	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	1.125.000.000	10-11-2023	09:02:46.099	Propuesta
		Código Verificador:	3cb64a135ba1e75c80272a8af46f3e48	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	1.200.000.000	10-11-2023	09:02:46.101	Propuesta
		Código Verificador:	c97d2a3674a69eab52985b70a7304e4b	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	1.282.000.000	10-11-2023	09:02:46.104	Propuesta
		Código Verificador:	f0f695702ae67984f1bc2f12260c4127	
INFOTEC SA - 80021897-3	1.350.000.000	10-11-2023	09:02:46.102	Propuesta
		Código Verificador:	8b47b6bb98d76d98b21d3fa30e5910f8	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	1.687.500.000	10-11-2023	09:02:46.100	Propuesta
		Código Verificador:	0f3648ccc8b8476c4f4b1832b26213b7	

4 - Equipo de rayos X portatil

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	14.550.000	10-11-2023	10:37:58.134	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4dcd51538b151e1d7d680ad21dca7683	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	14.697.000	10-11-2023	10:37:49.512	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d91c46761f0fac1205ae308a62cfa94b	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	14.700.000	10-11-2023	10:37:25.798	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba722bea97ead8978a4b2ca79f600c99	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	14.950.000	10-11-2023	10:37:13.453	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88d1c6a5a865abf7d5d5db0d509c1e72	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	15.000.000	10-11-2023	10:37:05.694	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cec27f1726f26006db5d43e69eeff44b	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	15.050.000	10-11-2023	10:36:54.658	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d3cb2b74d2e72944653c845682380bd	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	15.600.000	10-11-2023	10:36:47.014	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b93542ed5c8bb36874f1e7a7e94c5db	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	15.650.000	10-11-2023	10:36:39.680	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b86317a07e9a18c8c9ebfc55f0c0501	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	16.200.000	10-11-2023	10:36:17.008	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3979b7ca6a63aa3cdd2f88618c3ddbd4	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	16.300.000	10-11-2023	10:35:58.124	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c18245500de9c036fd4ba4c3f4aa5e4	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	16.600.000	10-11-2023	10:35:46.038	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37cfc8c99f37de6fc974df784efaccd5	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	16.900.000	10-11-2023	10:35:33.924	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cca9a6ef7da70e35f834c2188c1c1b14	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	17.700.000	10-11-2023	10:35:13.961	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0de6837d7cf1e77a1551012cfcba28ff	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	18.000.000	10-11-2023	10:35:08.758	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77db65cd3cb02c00f470b32fbb85d157	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	18.100.000	10-11-2023	10:34:50.793	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aca16e1d1c9b9d54d10958416172ffda	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	18.800.000	10-11-2023	10:34:35.562	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	061bcd7be16a5faeac4fd81ad0159cf0	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	19.400.000	10-11-2023	10:34:20.140	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9e4b0eb2b2df6204447689fdb4e0334	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	19.500.000	10-11-2023	10:33:52.019	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84de14ffdccffaf0e6fd1963a2acbc49	

Listado General de todas las Ofertas

ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	22.000.000	10-11-2023	09:02:46.184	Propuesta
		Código Verificador:	8f664d870c1f414c6359cd0cf0aaf0a	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	22.340.000	10-11-2023	09:02:46.185	Propuesta
		Código Verificador:	db6067788b172c95bea4df0a2466aa83	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	22.344.000	10-11-2023	09:02:46.183	Propuesta
		Código Verificador:	a08f61761ad879fc03d0ec2cb225d3db	

5 - Sillon odontologico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	77.000.000	10-11-2023	10:55:16.353	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c4016628dcfcc25d0044da524d2fade	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	78.000.000	10-11-2023	10:54:34.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28bbe53aa650bee20f9c8969be55ef68	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	78.950.000	10-11-2023	10:54:28.558	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc2abeac07690c297209107303349735	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	79.000.000	10-11-2023	10:53:59.865	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7dddc3d3bc4cce5d4eacf8eb2808940c	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	81.900.000	10-11-2023	10:54:04.435	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a284c44451c472b88201e840c0f29232	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	82.000.000	10-11-2023	10:53:52.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13011f160aa7a05f4f82c8a1138b76f0	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	82.950.000	10-11-2023	10:53:46.569	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	420f064bc0f092b2f61517fd19790896	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	83.000.000	10-11-2023	10:53:48.810	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7cbf37018932adc64f708c1e8cc6889	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	84.000.000	10-11-2023	10:53:23.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79c89350cf949b1909c4ed8cd2a441cf	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	84.200.000	10-11-2023	10:53:12.168	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee1b71770e9cc9ba5fda536fc139274f	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	85.000.000	10-11-2023	10:53:03.688	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5200cd5a6275be8b112b5724f72ce1bb	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	85.400.000	10-11-2023	10:52:51.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d01b3878f61a9042617a415313be420	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	86.000.000	10-11-2023	10:52:40.373	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6250504e46e6f56c310c78bfb295359	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	86.900.000	10-11-2023	10:52:28.191	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	311c864dbcfb985c5a870edbf686c58	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	88.100.000	10-11-2023	10:52:01.264	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d31b31e31ae0bd67b3bb96172970d688	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	89.000.000	10-11-2023	10:51:43.535	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b370cbbddeb5efbe1b5a99af6b87002	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	89.100.000	10-11-2023	10:51:53.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4edeeb2218892afdcd1e52e2a48263d4	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	90.000.000	10-11-2023	10:51:35.621	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72fb03c1866b7e23b54ae4de86172760	
DNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80085605-8	90.900.000	10-11-2023	10:51:25.686	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36f1d32ef2fd79663de5cfd459ad3918	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	91.000.000	10-11-2023	10:50:56.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	003ac8528e3745297838a917b3ad8b2f	
DNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80085605-8	92.900.000	10-11-2023	10:51:10.361	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe227b8dea15b324d455a9995a3872e6	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	93.000.000	10-11-2023	10:50:30.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	129c6e13274e235d0487bc3dd0f46389	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	97.000.000	10-11-2023	10:50:16.219	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99143ba259753b9442232fe4db6cb0a6	

Listado General de todas las Ofertas

ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	98.000.000	10-11-2023	10:49:59.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edf70ae7b0615c249decfd4254f863a4	
DNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80085605-8	106.040.000	10-11-2023	10:41:56.032	Recepción de Lances
		Código Verificador:	d77ebbf66234c78c64fe6ee8e1ce539	
DNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80085605-8	106.050.000	10-11-2023	09:02:46.269	Propuesta
		Código Verificador:	a35beb094ce9965b792946d76748ab45	
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	123.300.000	10-11-2023	09:02:46.268	Propuesta
		Código Verificador:	643f2ed0f14a15c070e2419aa5f8b66f	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	123.348.000	10-11-2023	09:02:46.270	Propuesta
		Código Verificador:	c2eb090a0c9d06b690ae7b30da14afe0	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	135.000.000	10-11-2023	09:02:46.269	Propuesta
		Código Verificador:	58104f4f556bb7eac2df69c860941c1f	

6 - Monitor multiparametrico media complejidad

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ALBATROS SACI - 80002766-3	230.000.000	10-11-2023	11:10:24.528	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfdc3e9003264bb0a7f402846076c306	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	230.000.000	10-11-2023	11:10:26.606	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e2a45c84e4216c797e72be42390863d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	234.500.000	10-11-2023	11:10:26.104	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea29fb94159c464de9fec2fa892d652d	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	235.000.000	10-11-2023	11:10:18.796	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7edd352cd6fecbc04c692c721dac2b65	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	236.000.000	10-11-2023	11:10:12.975	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee912ed1802321d416004fe15318a5ed	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	239.000.000	10-11-2023	11:10:14.569	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd8e8d6b6074fdbd2515e9011202636f	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	240.000.000	10-11-2023	11:10:02.901	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b896f0eb117ad616c3a8a24c88cd600	
ALBATROS SACI - 80002766-3	240.000.000	10-11-2023	11:10:11.377	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5cdfedc614f9aecb0ab33f69c379898	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	244.000.000	10-11-2023	11:10:05.700	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd8752a429e12824f9eb204f549ed485	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	245.000.000	10-11-2023	11:10:09.391	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b093568b3e5eda1de1b2cfb47e325962	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	248.000.000	10-11-2023	11:09:58.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f130108a70993d895c40422c8fa1648	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	250.000.000	10-11-2023	11:09:55.176	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41ac43c8e6fa76b6e4cd5f5debb9b958	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	252.000.000	10-11-2023	11:09:52.769	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74a8417e8df00e22ed588c9c47893d2b	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	253.000.000	10-11-2023	11:09:59.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3359f26112f65c59a97350311a925c20	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	254.500.000	10-11-2023	11:09:45.505	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd16b3a0a08a74eea774efafac76ff76	
ALBATROS SACI - 80002766-3	258.000.000	10-11-2023	11:09:45.641	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20dd45f0457606000058e02c767b097d	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	258.000.000	10-11-2023	11:09:49.374	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4eb18b2c91f9bfae144ee5cdb9563790	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	262.000.000	10-11-2023	11:09:45.175	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80bbc5288c4c1417a6d5c3ea0086d4a4	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	263.000.000	10-11-2023	11:09:43.706	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c0c1a9ac391383d8c57d349ecc8d8d2	

Listado General de todas las Ofertas

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	265.000.000	10-11-2023	11:09:37.055	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e63cd6bb51482285727b19d046b323a9	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	265.500.000	10-11-2023	11:09:37.645	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ece94f90e34e40e6976daef05b40dae	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	266.000.000	10-11-2023	11:09:40.831	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab26f9b2c05a456e620ee5051c647a36	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	269.000.000	10-11-2023	11:09:32.070	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a2630b5ceef6e9dfc91dfd9afa0fc7	
ALBATROS SACI - 80002766-3	270.000.000	10-11-2023	11:09:33.992	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f94bb1bb315fdc8d309b4d4c8916cb7	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	273.000.000	10-11-2023	11:09:35.301	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d8a6a04ea6a68ee40f93d1c513b2c20	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	275.500.000	10-11-2023	11:09:27.816	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9dc93d271efb0aa1abdb9a266672989	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	278.000.000	10-11-2023	11:09:20.775	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10499aae760b5699d2aceea33cee655b	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	281.000.000	10-11-2023	11:09:23.052	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e84a4addb7ddc832568e0449e767b928	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	281.000.000	10-11-2023	11:09:30.884	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fbab459319ada927360d10cb4499940c	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	282.000.000	10-11-2023	11:09:18.631	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1e80e9a9a9860080c5fb09b64553b6f	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	284.000.000	10-11-2023	11:09:15.802	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96b18f37d46aba62543922fcaa8abb23	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	284.000.000	10-11-2023	11:09:20.042	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2aefb7724d6cc4a4ffb6841539f023b	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	285.000.000	10-11-2023	11:09:11.670	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2aad9167150d5b806deda9da460df73	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	287.000.000	10-11-2023	11:09:12.838	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e13709c315988f20dc9603a6befbf10	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	290.000.000	10-11-2023	11:09:05.541	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8847a68a8c0f1fc5248e2eb9cae0f30d	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	292.000.000	10-11-2023	11:09:06.850	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0f4eac3b11bc140f56184c574525038	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	294.000.000	10-11-2023	11:09:10.575	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	324320beadbaa01f3dcb32450ab1243	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	295.000.000	10-11-2023	11:09:01.190	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	142a113b39363a67ae85ea514ac32192	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	298.000.000	10-11-2023	11:09:01.836	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0935b8e60622dc105fd3b3e2adec2e66	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	299.000.000	10-11-2023	11:08:55.205	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bdfff7b0a865a83dbe2d4315733881b9	
ALBATROS SACI - 80002766-3	300.000.000	10-11-2023	11:09:09.132	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd3f437a9372e1e1a0b92b6cbddf2ca1	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	304.000.000	10-11-2023	11:08:58.413	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db6b72d8d7d276b54f47e8c219e6ac39	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	305.000.000	10-11-2023	11:08:52.492	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6c5d8abf59f2f149b237096a9ea1136	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	309.000.000	10-11-2023	11:08:54.219	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85cd54b7e65fe6aa31c39002dfa97ddd	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	310.000.000	10-11-2023	11:08:45.911	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a40305ec86dfb3fbf14540c78f84d76	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	310.000.000	10-11-2023	11:08:49.612	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	31fa1dd771b1e7308da0c04b93a2f824
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	312.000.000	10-11-2023	11:08:41.279 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a87a17faa35ba78f4c9a9580337c4e34
BIOERIX S.A. - 80051821-7	320.000.000	10-11-2023	11:08:40.787 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f2b915d0f354ac6238e6089f7a732a7
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	325.000.000	10-11-2023	11:08:39.707 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce7ad7adba98da3e7191042fdecf1932
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	329.000.000	10-11-2023	11:08:34.937 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbd2ad5722b6a61c322a469be69c8c2a
BIOERIX S.A. - 80051821-7	330.000.000	10-11-2023	11:08:36.235 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	172b1ca3802ff97ca7baa569d0f6acd4
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	337.000.000	10-11-2023	11:08:37.010 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6aa50a91af2df20e7f36504e0e3b55bf
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	339.000.000	10-11-2023	11:08:29.874 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b42cf78467b7aaedd7772894d80dca09
BIOERIX S.A. - 80051821-7	340.000.000	10-11-2023	11:08:30.971 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12316e74ffaa7078f4b54b02c8384dd5
ALBATROS SACI - 80002766-3	340.000.000	10-11-2023	11:08:46.542 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a070d41c716fa35dbcd119e28e1697c3
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	344.000.000	10-11-2023	11:08:34.254 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04b00134294f840c6662d962402115c2
BIOERIX S.A. - 80051821-7	345.000.000	10-11-2023	11:08:25.022 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4578df0777dbc0c4349987052d9bddf
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	348.000.000	10-11-2023	11:08:30.977 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64ec789dad9f280eab0ee32ea8e4425c
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	350.000.000	10-11-2023	11:08:16.462 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f5736b5ca653becdc89ffed797a3fb5
BIOERIX S.A. - 80051821-7	355.000.000	10-11-2023	11:08:20.254 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b08335edf5887e50726f392faccf31e
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	355.000.000	10-11-2023	11:08:20.794 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a8ddc3d23b6bddc5618468a2ec95008
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	359.000.000	10-11-2023	11:08:23.477 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0470561197a8d0d8fb1bc9123e5d8bb2
BIOERIX S.A. - 80051821-7	360.000.000	10-11-2023	11:08:07.497 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d75cd0046762e4c7d79140bb94a1375d
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	375.000.000	10-11-2023	11:08:00.393 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3b112ec01d220982d02645bad1dc51d
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	375.000.000	10-11-2023	11:08:11.396 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1069cdc6c7e5518956c41898d4521f4
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	379.000.000	10-11-2023	11:08:06.850 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4da265ebae3a36818bcd5cba8eefc953
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	380.000.000	10-11-2023	11:08:03.417 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80fad8171275af0b564e583439c982be
ARGON S.R.L. - 80004373-1	384.000.000	10-11-2023	11:10:21.898 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	876b289968dd165584da157dbc19b924
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	388.000.000	10-11-2023	11:08:11.055 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e6fb914bf2dcd1f943a6512f3a648d1
BIOERIX S.A. - 80051821-7	389.000.000	10-11-2023	11:07:50.469 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43afa4e7a313c71d29b8841edf4cba1a
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	390.000.000	10-11-2023	11:07:35.934 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07cab8bb4dbba6a7bede8ef7a3564a15
BIOERIX S.A. - 80051821-7	395.000.000	10-11-2023	11:07:40.258 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac3074ea0b5b1187388a9cbfed3bae48

Listado General de todas las Ofertas

BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	395.000.000	10-11-2023	11:07:43.247	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e2a105732bb1dea625a693cdde7a281	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	396.000.000	10-11-2023	09:02:46.387	Propuesta
		Código Verificador:	8ee7ad52371fc093c62943c36bf3ead7	
ALBATROS SACI - 80002766-3	480.000.000	10-11-2023	09:02:46.386	Propuesta
		Código Verificador:	47070644ba31d6db1dbaf3d80dd0ee16	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	480.000.000	10-11-2023	09:02:46.387	Propuesta
		Código Verificador:	e29c4465b9cd65464369b7be6cd2e81a	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	540.000.000	10-11-2023	09:02:46.388	Propuesta
		Código Verificador:	5d5e0c9511422c0ac1d12e5974a72a8c	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	545.100.000	10-11-2023	09:02:46.385	Propuesta
		Código Verificador:	14aea977564068f4e84142bb858c18c6	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	545.100.000	10-11-2023	09:02:46.388	Propuesta
		Código Verificador:	c90570cc7fab7d1da64b4c618fa0bfd1	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	711.000.000	10-11-2023	09:02:46.386	Propuesta
		Código Verificador:	36159063cf5ca31aaa61659ac065eeca	

7 - Monitor multiparametrico alta complejidad

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	66.900.000	10-11-2023	11:29:43.389	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02fc7827e1653aaca6628b7a59000e51	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	67.800.000	10-11-2023	11:28:42.030	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	539f6936b4497261cb5c4331149deb25	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	68.900.000	10-11-2023	11:28:35.453	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	663bd0d4dd60853ecc118d7aa391218b	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	69.800.000	10-11-2023	11:28:18.835	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a93860d8e6334f1e1ee994124e539c4d	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	69.900.000	10-11-2023	11:28:04.480	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cba08db5dc147b4bdacb271be60224da	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	71.000.000	10-11-2023	11:27:55.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa57956e751778b74f9f95d4e913aa07	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	71.900.000	10-11-2023	11:27:50.408	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7172d2aea6fc729cd7ec157320c3c558	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	72.000.000	10-11-2023	11:27:37.246	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d17a5dbe5d05cd8f4cee710e37320fd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	73.900.000	10-11-2023	11:27:43.874	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7081f5c13d3e17f45db7c472a2e4ee2a	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	73.999.999	10-11-2023	11:27:31.951	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3294b7a5de42f27681405243d58431a7	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	74.000.000	10-11-2023	11:27:06.685	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	961ecb5e7d5736e53c4056a8ab3244e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	76.900.000	10-11-2023	11:26:57.519	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac0cc027d3876bab1b131ef68f05afd5	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	77.000.000	10-11-2023	11:26:46.617	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab423e48f3465f21fa2c8dd24bddad0a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	78.000.000	10-11-2023	11:26:42.415	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	599a279a9227ade423a664e05bd260fe	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	79.000.000	10-11-2023	11:26:44.017	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cebbab838b0ef4c42e0109879a15e3c5	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	80.000.000	10-11-2023	11:26:37.262	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f87864eba638ef52ee0387a3204a610	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	80.000.000	10-11-2023	11:26:37.331	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89ff2c071b468000ccc729e9cf90d1c3	

Listado General de todas las Ofertas

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	81.000.000	10-11-2023	11:26:32.437	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f5a3c0cbbf7b505da3e1a51b1c3ff61	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	82.000.000	10-11-2023	11:26:25.642	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2b6f1d1c5903b2c8421ddfa5eed8bde	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	82.000.000	10-11-2023	11:26:28.204	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54acc72474e8bad0da8b5eae444a58a6	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	83.000.000	10-11-2023	11:26:14.791	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc97c5cfd593ef8756a5e82a77de676f	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	84.000.000	10-11-2023	11:26:06.247	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	698ac64e6cd10c4e8edb1b4f0fdd8819	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	85.000.000	10-11-2023	11:26:02.231	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5ab1c127a2e34e74b9b233c7945e2c0	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	87.000.000	10-11-2023	11:25:56.083	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de39ff55a57f13e3914ad9c145d2e283	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	87.000.000	10-11-2023	11:25:56.720	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	545d316de2f144d6124ae63f2b7d4b66	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	89.000.000	10-11-2023	11:25:44.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c590b37ff4bba35f8103ee3eb5f43a84	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	90.000.000	10-11-2023	11:25:40.390	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8e0b5d40c7c2a18af768a488f3baea2	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	91.000.000	10-11-2023	11:25:32.975	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70b476be2328ad7292d86fc3f1cc49bc	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	93.000.000	10-11-2023	11:25:28.238	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd6569d233cd70a2e395f645316a6d8a	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	94.000.000	10-11-2023	11:25:23.389	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15d174af555fe74e7c923d83ac53066e	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	95.000.000	10-11-2023	11:25:21.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a830cf6ade90301cd61ae2d8b4943158	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	96.000.000	10-11-2023	11:25:13.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	033097dd2341a680017a436b39a6a879	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	97.000.000	10-11-2023	11:25:15.301	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0c57f6b81623ea792f30e98570eefef	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	97.900.000	10-11-2023	11:25:11.479	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9bd21c8c67092f1fd5d04f9365084992	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	98.000.000	10-11-2023	11:24:57.170	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e864d72feb02a0a6dd0c0f4a1c693978	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	99.000.000	10-11-2023	11:24:54.165	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e3410f9dee80f79830730cfdb3e015e	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	100.000.000	10-11-2023	11:24:42.635	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4987fb05d0498fc67c989aa6379a8896	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	103.000.000	10-11-2023	11:24:37.037	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9acbd5f6ea04fe4628d5333379d0e994	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	104.000.000	10-11-2023	11:24:26.921	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efad2ce85ce4c0f6e28b2335834859a8	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	106.000.000	10-11-2023	11:24:21.289	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e3ec1c472312d7ec958125a5d4d8e0a	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	107.000.000	10-11-2023	11:24:17.786	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3755bed35d81fcee3f392585bff46a5	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	107.900.000	10-11-2023	11:24:20.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e5689921602839848e36a55269e4e4f	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	108.000.000	10-11-2023	11:24:05.846	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b71c6998a6a88ef5991e6c21f00aa95	

Listado General de todas las Ofertas

DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	110.000.000	10-11-2023	11:23:57.774	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1f15c578457845e9aa7aaf8fa9c55a6	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	110.500.000	10-11-2023	11:24:01.441	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b429cf42c5e4486831b54da6ce3c4a1c	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	111.000.000	10-11-2023	11:23:54.322	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e146c882c8c0b9a669820feda3a97353	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	112.000.000	10-11-2023	11:23:54.896	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49ceaa8064afe201e795731b005fb70e	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	113.000.000	10-11-2023	11:23:50.492	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73e65d151d5998cd99241a926b453df	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	113.000.000	10-11-2023	11:23:50.862	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1218e984e2a325cac6569da6e8e7b270	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	114.000.000	10-11-2023	11:23:47.045	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bcfa0546fea5cb1d224896172b4bbb27	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	115.000.000	10-11-2023	11:23:40.597	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdb0ad841c04649d26a79cc0036c6966	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	115.000.000	10-11-2023	11:23:40.961	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4795c48a5606bd7dcee4586fa660770e	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	119.000.000	10-11-2023	11:23:34.920	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6f5651a0d5a8b77fd1faf743d0253cf	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	120.000.000	10-11-2023	11:23:31.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c51fd95f1e815d86991ef41fb19e38b6	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	121.000.000	10-11-2023	11:23:30.684	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f89f38ebf3a42063cf2b9a15b27ebfd	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	121.000.000	10-11-2023	11:23:31.700	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0fca469bca20bae391dc828664e75af	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	123.000.000	10-11-2023	11:23:27.994	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ebce7e160553445de11444d2e1289c0e	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	125.000.000	10-11-2023	11:23:25.023	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c81471d1f2261642e3c82e39bbf62306	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	126.000.000	10-11-2023	11:23:25.743	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07a97d1bb36c62e50b0e95f782dde786	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	128.000.000	10-11-2023	11:23:21.360	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c19c3983de766733c62e24362d6710c	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	128.000.000	10-11-2023	11:23:23.214	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aef4bcb78b1b3a71f7437ec0fe3541e1	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	129.000.000	10-11-2023	11:23:22.346	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6e16685b41ab652677793d10a3e6eae	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	130.000.000	10-11-2023	11:23:15.612	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2099230e93a1e1f7e0ecac8af1e2c4d8	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	131.000.000	10-11-2023	11:23:18.445	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4676f0130fd59eb62d74e93ac8cdf118	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	133.000.000	10-11-2023	11:23:13.412	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b9c127917bb01e03902b40274ad71ac	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	135.000.000	10-11-2023	11:23:09.106	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b83b5724f2142a6af03c18568bc1b25	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	136.000.000	10-11-2023	11:23:15.533	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e583fc66c36d86e34411e849e845437d	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	138.000.000	10-11-2023	11:23:10.323	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	980e47e770a7b708dbddce7248584f6	
ALBATROS SACI - 80002766-3	138.000.000	10-11-2023	11:29:25.447	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0c99be8802c307ac6ade0d8d9c59ae9	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	139.000.000	10-11-2023	11:28:57.763	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61f5b8e9fa27bcdebcb2940e477ef99e	

Listado General de todas las Ofertas

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	140.000.000	10-11-2023	11:23:03.472	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a458bfd92fa92d82151cde521b0cfe54	
ALBATROS SACI - 80002766-3	140.000.000	10-11-2023	11:25:52.414	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e38b43c34f0c04ffd5c3dd8d524c0019	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	145.000.000	10-11-2023	11:25:29.848	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91327b42e49e0a32839c48654a91c650	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	147.000.000	10-11-2023	11:23:08.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e6b15629bf33bf60b76e525598fe33	
ALBATROS SACI - 80002766-3	148.000.000	10-11-2023	11:23:11.383	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43638a05029d00866f67f3677a5c5c45	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	149.000.000	10-11-2023	11:22:56.857	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f22673b992d81862ccf7667d6ab63ab	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	153.000.000	10-11-2023	11:22:56.378	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03be8b081d2f2fb1637b11dafc419739	
ALBATROS SACI - 80002766-3	155.000.000	10-11-2023	11:22:49.172	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7862a019862cc30ae10106474543ac0d	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	158.000.000	10-11-2023	11:22:29.304	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4144f97cdb77d44b4f6b595a0b57084a	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	161.000.000	10-11-2023	11:22:48.414	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b0124ebaec8093dabe08842c33ca036	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	164.000.000	10-11-2023	11:22:30.150	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf7e1293b65fc081c575dada5a11a3ca	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	165.000.000	10-11-2023	11:22:16.167	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52c3288731f98774aa2f12b41c6a9510	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	169.000.000	10-11-2023	11:22:22.091	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94b36ed4b8e04cb9af7d7ab4f93b5e92	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	170.000.000	10-11-2023	11:22:12.303	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4658562564992bcb444ad61e88e16060	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	173.000.000	10-11-2023	11:22:13.025	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01a6f3aedfa8956d0d4cd7c65eecd9d7	
ALBATROS SACI - 80002766-3	175.000.000	10-11-2023	11:22:03.773	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42295da2b7622fc31fcfa4d188dbb2fe	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	175.000.000	10-11-2023	11:22:06.646	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83e1269f7f5779b5b9d4b0a46682119b	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	175.000.000	10-11-2023	11:24:52.295	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7663d521bec0e0ecb95668e9d8a74e	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	179.000.000	10-11-2023	11:21:59.701	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43af63d28a00cbb9c4c5b97ced5a1bf	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	180.000.000	10-11-2023	11:21:22.909	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2454b6244699de280af6006d30905cbd	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	186.000.000	10-11-2023	11:21:50.768	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bdb345b5b6aac2a52a5ff04fe3ba96b6	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	188.000.000	10-11-2023	11:26:01.232	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43332636c45bd77ebc103d1e6b747b9a	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	189.000.000	10-11-2023	11:24:36.392	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5911ada355ee10dd85f4eb368e550516	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	189.900.000	10-11-2023	11:24:13.602	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f4cbe73df9ec1e04c3319c76de22e91	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	190.000.000	10-11-2023	11:23:31.307	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6370c840e259e2388d9de43ce563e4cd	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	194.000.000	10-11-2023	11:22:02.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d929d2a38da48f6c64fabf4e94216a6	

Listado General de todas las Ofertas

ALBATROS SACI - 80002766-3	195.000.000	10-11-2023	11:21:21.007	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc6c52f617befe0e7a0713fabfc7688d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	195.000.000	10-11-2023	11:22:35.684	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	197b7c105e4008c296be2d252482d8a8	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	199.000.000	10-11-2023	11:21:02.617	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a47ed120d07c96b9702ca32bdbfd480	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	200.000.000	10-11-2023	09:02:46.501	Propuesta
		Código Verificador:	937281da51cf2aebf576c7769767da7c	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	200.000.000	10-11-2023	11:21:52.037	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dae2244a5bfbbd1cef69ed2341efe3a	
ALBATROS SACI - 80002766-3	240.000.000	10-11-2023	09:02:46.500	Propuesta
		Código Verificador:	f0214f36e9dede449d8a88eb19e9bbde	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	250.000.000	10-11-2023	11:22:00.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	390e3903cbbc2279f00ce735d6282072	
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	274.000.000	10-11-2023	09:02:46.502	Propuesta
		Código Verificador:	a6bc2ef72fa864597a564ebd23fe9763	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	275.000.000	10-11-2023	09:02:46.500	Propuesta
		Código Verificador:	d5485049ed6ceb0890b12c4751c9ba6b	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	276.479.165	10-11-2023	09:02:46.498	Propuesta
		Código Verificador:	458fb9513fea65068b668e5d34d7ab51	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	288.500.000	10-11-2023	09:02:46.501	Propuesta
		Código Verificador:	64e06c215d5d297113f5e75e17dd2e65	
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	360.625.000	10-11-2023	09:02:46.499	Propuesta
		Código Verificador:	8608a92840a20573cef8e1b71dc0972c	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem
1 - Mesa Quirúrgica

Oferente	Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	410.000.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	413.000.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	520.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	530.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	940.000.000

2 - Bisturi quirúrgicos

Oferente	Mejor Precio
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	244.000.000
V & V S.A - 80038216-1	249.500.000
ALBATROS SACI - 80002766-3	400.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	648.000.000
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL - 80063377-6	654.000.000

3 - Equipo de rayos X fijo

Oferente	Mejor Precio
INFOTEC SA - 80021897-3	689.500.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	690.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	715.000.000
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	733.000.000
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	950.000.000
DEZETA S.A - 80019208-7	997.000.000

4 - Equipo de rayos X portátil

Oferente	Mejor Precio
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	14.550.000
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	14.697.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	22.340.000
---	------------

5 - Sillon odontologico

Oferente	Mejor Precio
DENTAL GUARANI SA - 80025640-9	77.000.000
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	78.950.000
DNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80085605-8	90.900.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	123.348.000

6 - Monitor multiparametrico media complejidad

Oferente	Mejor Precio
ALBATROS SACI - 80002766-3	230.000.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	230.000.000
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	234.500.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	235.000.000
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	236.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	294.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	384.000.000

7 - Monitor multiparametrico alta complejidad

Oferente	Mejor Precio
DYSA HEALTHCARE S.A. - 80013820-1	66.900.000
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA - 80072821-1	67.800.000
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	73.999.999
ALBATROS SACI - 80002766-3	138.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	139.000.000
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. - 80008449-7	161.000.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	188.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002766-3 - ALBATROS SACI

Item	Precio Ganador
6 - Monitor multiparametrico media complejidad	230.000.000

Proveedor: 80013820-1 - DYSA HEALTHCARE S.A.

Item	Precio Ganador
7 - Monitor multiparametrico alta complejidad	66.900.000

Proveedor: 80021897-3 - INFOTEC SA

Item	Precio Ganador
3 - Equipo de rayos X fijo	689.500.000

Proveedor: 80025640-9 - DENTAL GUARANI SA

Item	Precio Ganador
4 - Equipo de rayos X portatil	14.550.000
5 - Sillon odontologico	77.000.000

Proveedor: 80072821-1 - ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

Item	Precio Ganador
1 - Mesa Quirurgica	410.000.000
2 - Bisturi quirurgicos	244.000.000

Listado de Mensajes

1 - Mesa Quirurgica

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	10-11-2023	09:11:03.248
Buenos días, comenzamos la Subasta.	10-11-2023	09:11:41.396
Continuamos con la Subasta.	10-11-2023	09:15:59.161
Atención pasamos a la etapa de puja.	10-11-2023	09:16:02.609
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	10-11-2023	09:16:05.161
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	10-11-2023	09:29:52.460
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	10-11-2023	09:33:45.532
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	10-11-2023	09:33:45.601

2 - Bisturi quirurgicos

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	10-11-2023	09:35:48.658
Continuamos con la Subasta.	10-11-2023	09:35:56.313
Atención pasamos a la etapa de puja.	10-11-2023	09:37:49.827
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	10-11-2023	09:37:52.969
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	10-11-2023	09:43:58.085
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	10-11-2023	09:51:14.930
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	10-11-2023	09:51:14.990

3 - Equipo de rayos X fijo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	10-11-2023	09:53:15.489
Continuamos con la Subasta.	10-11-2023	09:53:21.710
Atención pasamos a la etapa de puja.	10-11-2023	10:03:27.986
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	10-11-2023	10:03:35.045
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	10-11-2023	10:13:44.292
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	10-11-2023	10:21:08.470
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	10-11-2023	10:21:08.525

4 - Equipo de rayos X portatil

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	10-11-2023	10:21:26.153
Buenos días, comenzamos la Subasta.	10-11-2023	10:26:43.798
Atención pasamos a la etapa de puja.	10-11-2023	10:26:45.501
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	10-11-2023	10:26:56.215
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	10-11-2023	10:32:56.306
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	10-11-2023	10:38:12.386
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	10-11-2023	10:38:12.460

5 - Sillon odontologico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	10-11-2023	10:39:12.690
Atención pasamos a la etapa de puja.	10-11-2023	10:43:35.064
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	10-11-2023	10:43:37.606
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	10-11-2023	10:49:37.647
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	10-11-2023	10:56:45.648
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	10-11-2023	10:56:45.690

6 - Monitor multiparametrico media complejidad

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	10-11-2023	10:56:57.720
Atención pasamos a la etapa de puja.	10-11-2023	10:59:10.424
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	10-11-2023	11:01:19.191
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	10-11-2023	11:07:19.232
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	10-11-2023	11:10:27.393

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	10-11-2023	11:10:27.459
--	------------	--------------

7 - Monitor multiparametrico alta complejidad

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	10-11-2023	11:12:39.060
Continuamos con la Subasta.	10-11-2023	11:12:50.943
Atención pasamos a la etapa de puja.	10-11-2023	11:14:31.380
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	10-11-2023	11:14:45.494
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	10-11-2023	11:20:45.682
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	10-11-2023	11:29:48.727
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	10-11-2023	11:29:48.771

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.