

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 421443

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:40 del día 17/4/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 421443 -

LCO SBE 20-22 ADQUISICION DE EQUIPO DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - A REFERENDUM 2023 de la Institución:

Código Verificador: 9ab6772bad314e72fb97b847aba8c6a8

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Experiencia requerida Donde dice: Demostrar la experiencia en la Provisión de Equipos de Potencial Evocado Auditivo con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) como mínimo del monto ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) años. A los efectos de permitir la participación de oferentes con muchos años de experiencia en la provisión de Dispositivos Médicos, solicitamos a la convocante modifique el párrafo anterior y que quede redactado de la siguiente forma: Demostrar la experiencia en la Provisión de DISPOSITIVOS MÉDICOS con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) como mínimo del monto ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 años. 5 (cinco) (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) años.	06-03-2023	08:28:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	10-04-2023	07:58:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Capacidad Técnica a. Autorización del fabricante: Donde dice: Así mismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. Solicitamos a la convocante sea solicitada este punto de la siguiente manera: Así mismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento o apostillada y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, así también ésta deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones.	06-03-2023	08:29:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	10-04-2023	08:00:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS En el punto: 1 3.8 Equipo preparado para funcionar con alimentación eléctrica continua de 220 Volts, conectado a enchufe de grado medico con puesta a tierra. Solicitamos permita en este punto añadir, que el equipo cuente con batería recargable y su correspondiente cargador, esto apunta a que el profesional pueda utilizar el equipo también de forma portátil, para una asistencia cómoda y más sencilla con los pacientes neonatos. Por lo mencionado sugerimos a la convocante permita este apartado sea solicitado de la siguiente manera: 1 3.8 Equipo preparado para funcionar con alimentación eléctrica continua de 220 Volts, conectado a enchufe de grado medico con puesta a tierra y Batería recargable: 4.8V NiMH o adecuada para el equipo con su debido cargador	06-03-2023	08:29:36

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que a nivel de estudios clínicos hospitalarios, para resultados de alta complejidad se utilizan estaciones de trabajo conectadas a alimentación de red. A nivel de consultorio y con fines de tamizaje se puede utilizar equipos portátiles a batería que entregan resultados referenciales que podrían derivar a la solicitud de un estudio de mayor complejidad. Por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	10-04-2023	08:02:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado donde dice Demostrar la experiencia en la Provisión de Equipos de Potencial Evocado Auditivo con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación, solicitamos a la convocante que puedan solicitar experiencia en equipos médicos, de esta forma permitirá la participación de potenciales oferentes	06-03-2023	22:18:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	10-04-2023	08:02:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que el registro Sanitario puedan solicitar también en tramite de registro	06-03-2023	22:25:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	10-04-2023	08:03:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que el porcentaje de la multa sea 0.01%	06-03-2023	22:27:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	10-04-2023	08:03:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que la tasa de interés por mora sea 0.001%	06-03-2023	22:28:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	10-04-2023	08:03:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Equipos de potenciales evocados ABR (estímulos clics, tono Burst y Chirps) en este punto se trata de un parametro muy específico de la marca Interacoustic modelo Eclipse lo cual limita la participacion de mayor cantidad de oferentes por lo que solicitamos sea esto opcional	07-03-2023	09:48:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que los protocolos de potenciales evocados ABR (es mulos clics, tono Burst y Chirps) representan los protocolos más básicos para realización de Potenciales Evocados Auditivos de nivel clínico. Los mismos están disponibles por defecto en todos los equipos fabricados para uso clínico. Por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	10-04-2023	08:03:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La estimulación tipo Chirp es específica de un fabricante y no permite tener pluralidad de oferentes en el proceso. Vulnerando los preceptos de libre participación, por lo que se solicita este punto sea opcional o similar	07-03-2023	09:52:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que aplicando el principio expuesto, el profesional que realiza los estudios puede utilizar el protocolo chirp que viene por defecto con el equipo, o diseñar y aplicar sus propios protocolos chirp utilizando las herramientas avanzadas de software que están disponibles en los sistemas de varios fabricantes. Por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	10-04-2023	08:03:51

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
PÓLIZA N°: 1508055906 - END.: 000	Póliza	LA CONSOLIDADA S. A. DE SEGUROS	14-04-2023	14-04-2023	10-11-2023
Oferente: PRIMER INSTITUTO AUDITIVO DEL PARAGUAY S.R.L. - RUC: 80001584-3					
Categoría: Pequeña		Nro. Oferente: 2			
1508001676	Póliza	ASEG. TAJY PROP. COOP. S.A.	06-03-2023	10-03-2023	06-09-2023
1676	Endoso de Póliza	ASEG. TAJY PROP. COOP. S.A.	13-04-2023	06-09-2023	11-10-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42182401-9999	Equipo para Potencial Evocado Auditivo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	PATH MEDICAL	PATH MEDICAL GmbH	Sentiero Advanced	Alemania	Se adjunta planilla de especificaciones técnicas	400.000.000	400.000.000
PRIMER INSTITUTO AUDITIVO DEL PARAGUAY S.R.L. - 80001584-3	INTELLIGENT HEARING SYSTEMS	INTELLIGENT HEARING SYSTEMS. CORP	DUET	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	EQUIPO PARA POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO	316.500.000	316.500.000

Beneficio MyPIMES

1 - Equipo para Potencial Evocado Auditivo

Oferente	Precio	Fecha	Hora
PRIMER INSTITUTO AUDITIVO DEL PARAGUAY S.R.L. - 80001584-3	315.400.000	17-04-2023	08:40:31.946

Listado General de todas las Ofertas

1 - Equipo para Potencial Evocado Auditivo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PRIMER INSTITUTO AUDITIVO DEL PARAGUAY S.R.L. - 80001584-3	315.400.000	17-04-2023	08:40:31.946	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	4842f695e6889f1061f7311889a46812	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	315.499.000	17-04-2023	08:38:13.021	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81e6e638b05eb65a37b0248eaa329011	
PRIMER INSTITUTO AUDITIVO DEL PARAGUAY S.R.L. - 80001584-3	315.500.000	17-04-2023	08:36:22.187	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84add90a940cf824737be86138548a71	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	316.499.000	17-04-2023	08:35:29.007	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1669716c908a39bb9d4f90471d0c5039	
PRIMER INSTITUTO AUDITIVO DEL PARAGUAY S.R.L. - 80001584-3	316.500.000	17-04-2023	08:00:30.933	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	2538782f457ee4c93a42a47530328544	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	350.000.000	17-04-2023	08:24:44.713	Etapa de Puja
		Código Verificador:	463c595b557ddb59bf08f1a55902d2b3	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	370.000.000	17-04-2023	08:19:19.798	Etapa de Puja
		Código Verificador:	8795763b6ce7df85bb6d987e0957a9e9	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	390.000.000	17-04-2023	08:15:11.356	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b265238a7dd3a986f6f6e0f896bd813d	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	400.000.000	17-04-2023	08:00:30.937	Propuesta
		Código Verificador:	02ccbea074d011ab111979a5d7fcd853	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Equipo para Potencial Evocado Auditivo

Ofrente	Mejor Precio
PRIMER INSTITUTO AUDITIVO DEL PARAGUAY S.R.L. - 80001584-3	315.400.000
ARGON S.R.L. - 80004373-1	315.499.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80001584-3 - PRIMER INSTITUTO AUDITIVO DEL PARAGUAY S.R.L.

Item	Precio Ganador
1 - Equipo para Potencial Evocado Auditivo	315.400.000

Listado de Mensajes

1 - Equipo para Potencial Evocado Auditivo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-04-2023	08:10:51.034
Buenos días, comenzamos la Subasta.	17-04-2023	08:10:56.958
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	17-04-2023	08:11:35.529
Señores esperamos mejores ofertas.	17-04-2023	08:12:09.744
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-04-2023	08:12:12.243
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-04-2023	08:12:14.480
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-04-2023	08:30:44.796
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-04-2023	08:40:18.871
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	17-04-2023	08:40:18.989
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	17-04-2023	08:40:18.989
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-04-2023	08:40:31.963

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.