

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 431746

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:33 del día 26/9/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 431746 - LPN N° 80/2023 - "ADQUISICIÓN DE TIJERAS PARA ELECTROBISTURÍ CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL MSPYBS" de la Institución:

Código Verificador: db71abb9bb46322c3a545c05dd9947a5

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Pantalla táctil LCD de 7 +/- 2 con 4 cuadrantes. Teniendo en cuenta que la forma de manipular el equipo no afecta la capacidad del mismo, solicitamos al Convocante permita cotizar equipos con pantalla táctil o con manejo mediante botones y mando giratorio. Por lo expuesto solicitamos respetuosamente al Convocante requerir esta especificación técnica de la siguiente forma: Pantalla táctil LCD de 7 +/- 2 con 4 cuadrantes o Pantalla LCD de 7 +/- 2 con 4 cuadrantes y con mando giratorio y botones.	27-06-2023	15:29:49
RESPUESTAS			
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	10-08-2023	09:28:01
CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Potencias: Monopolar puro: 300 W, Blend 200W, coag 120W, bipolar Alto 95W. Esta especificación técnica es de marca COVIDIEN (conforme al antecedente de costos que figura en la web de la DNCP para este llamado), por ende no permite la participación de otras marcas, lo cual atenta contra los principios de libre competencia pregonados en la Ley 2051 Respetuosamente sugerimos que esta parte quede redactada de la siguiente manera: Potencias: Monopolar puro: 300 W o superior, Blend 200W o superior, coag 120W o superior, bipolar 95W o superior.	27-06-2023	15:30:44
RESPUESTAS			
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	10-08-2023	09:28:27
CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Capacidad de almacenamiento: 8GB Esta especificación técnica es de marca COVIDIEN (conforme al antecedente de costos que figura en la web de la DNCP para este llamado), por ende no permite la participación de otras marcas, lo cual atenta contra los principios de libre competencia pregonados en la Ley 2051 Respetuosamente sugerimos que esta parte quede redactada de la siguiente manera: Capacidad de almacenamiento: 8GB o la posibilidad de guardar 90 procedimientos o más.	27-06-2023	15:31:22
RESPUESTAS			
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	10-08-2023	09:28:35
CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En una parte de las especificaciones técnicas solicitan: Sistema REM. Esta especificación técnica es de marca COVIDIEN (conforme al antecedente de costos que figura en la web de la DNCP para este llamado), por ende no permite la participación de otras marcas, lo cual atenta contra los principios de libre competencia pregonados en la Ley 2051 Respetuosamente sugerimos que esta parte quede redactada de la siguiente manera: Sistema REM o similar de acuerdo a cada fabricante.		27-06-2023	15:31:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		10-08-2023	09:28:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la página 24 del PBC solicitan la descripción de los productos de la siguiente manera: ITEM 1 – Tijera para Electrobiturí ITEM 2 – Tijera para Electrobiturí ITEM 3 – Tijera para Electrobiturí Solicitamos respetuosamente al Convocante agregar las palabras o cuchilla con la finalidad de permitir la participación de más de un oferente en el presente llamado. Es importante mencionar que en la Licitación Pública Nacional con ID 422117, el Convocante modificó estas descripciones conforme esta solicitud, por lo que consideramos que en esta actual Licitación se puede obrar de igual manera, por ajustarse a estricto derecho. Por lo expuesto, respetuosamente sugerimos que queden redactados de la siguiente manera: ITEM 1 – Tijera (o cuchillas) para Electrobiturí ITEM 2 – Tijera (o cuchillas) para Electrobiturí ITEM 3 – Tijera (o cuchillas) para Electrobiturí		28-06-2023	14:47:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		10-08-2023	09:28:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la página 24 del PBC solicitan: Obs: Garantía escrita 1 año. - Solicitamos respetuosamente al Convocante eliminar este punto, teniendo en cuenta que los insumos (tijeras o cuchillas) solicitados desechables, además los equipos que serán entregados lo serán en calidad de comodato.		28-06-2023	14:47:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		10-08-2023	09:29:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la página 24 del PBC solicitan: EQUIPO EN COMODATO 6 (seis) Unidades Solicitamos respetuosamente al Convocante aclarar si los equipos deben ser nuevos o usados. En caso de ser nuevos, solicitamos respetuosamente al Convocante que solicite de la siguiente manera: EQUIPO EN COMODATO 6 (seis) Unidades. Nuevos y no remanufacturados con antigüedad de fabricación no mayor a 2 (dos) años.		28-06-2023	14:48:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		10-08-2023	09:29:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la página 24 del PBC solicitan: EQUIPO EN COMODATO 6 (seis) Unidades Solicitamos respetuosamente al Convocante aclarar si los equipos deben ser nuevos o usados. En caso de ser nuevos, solicitamos respetuosamente al Convocante que solicite de la siguiente manera: En caso de ser usados, solicitamos respetuosamente al Convocante que solicite de la siguiente manera: EQUIPO EN COMODATO 6 (seis) Unidades. Usados con antigüedad de fabricación no mayor a 3 (tres) años.		28-06-2023	14:48:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		10-08-2023	09:29:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la página 24 del PBC solicitan: TIJERA PARA ELECTRIBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 18cm a 21cm; TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO Solicitamos al Convocante permitir la cotización de productos con: TIJERA PARA ELECTRIBISTURI, TIJERA / SELLADORA DE VASOS 18cm a 23cm; TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO		28-06-2023	14:49:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		10-08-2023	09:29:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la página 24 del PBC solicitan: TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 37 cm; TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO. Solicitamos al Convocante permitir la cotización de productos con: TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 37 cm +/- 1cm; TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO.		28-06-2023	14:49:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		10-08-2023	09:29:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En la página 24 del PBC solicitan: TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 44 cm; PUNTA MARYLAND TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO. Solicitamos al Convocante permitir la cotización de productos con: TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 44 cm +/- 1cm; PUNTA MARYLAND TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO.			28-06-2023	14:50:25
RESPUESTAS				
Respuestas Obtenidas			Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES			10-08-2023	09:30:27
CONSULTA				
Consulta Realizada			Fecha	Hora
En la planilla (formato Excel) los Ítems 1, 2 y 3 son descriptos de la siguiente manera: ITEM 1 – Tijera para Electrobiturí ITEM 2 – Tijera para Electrobiturí ITEM 3 – Tijera para Electrobiturí Solicitamos respetuosamente al Convocante agregar las palabras o cuchilla con la finalidad de permitir la participación de más de un oferente en el presente llamado. Es importante mencionar que en la Licitación Pública Nacional con ID 422117, el Convocante modificó estas descripciones conforme esta solicitud, por lo que consideramos que en esta actual Licitación se puede obrar de igual manera, por ajustarse a estricto derecho. Por lo expuesto, respetuosamente sugerimos que queden redactados de la siguiente manera: Ítem 1 - TIJERA (o cuchillas) PARA ELECTROBISTURI Ítem 2 - TIJERA (o cuchillas) PARA ELECTROBISTURI Ítem 3 - TIJERA (o cuchillas) PARA ELECTROBISTURI			28-06-2023	14:51:05
RESPUESTAS				
Respuestas Obtenidas			Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES			10-08-2023	09:30:44
CONSULTA				
Consulta Realizada			Fecha	Hora
En la Página 12 del PBC en el apartado Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato no especifica el tiempo de validez. Por favor, especificarlo.			29-06-2023	09:17:11
RESPUESTAS				
Respuestas Obtenidas			Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES			10-08-2023	09:31:44
CONSULTA				
Consulta Realizada			Fecha	Hora
En la Página 13 del PBC en su apartado Plazo de reposición de bienes dice: El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 5 (cinco) días hábiles Es un tiempo muy corto, se trata de un equipo de alta complejidad que no puede reponerse tan rápidamente, por ende solicitamos al Convocante extender a 30 días hábiles el plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar.			29-06-2023	09:19:24
RESPUESTAS				
Respuestas Obtenidas			Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES			10-08-2023	09:31:59
CONSULTA				
Consulta Realizada			Fecha	Hora
En la Página 26 del PBC en su apartado Plan de entrega de los bienes dice: Los equipos en comodato serán entregados a los 15 días corridos posteriores a la firma del Contrato en los lugares mencionado más abajo. Considerando que los equipos que serán entregados en calidad de Comodato deben ser nuevos y deben ser importados, solicitamos al Convocante extender a 60 (sesenta) días corridos posteriores a la firma del Contrato en los lugares mencionado más abajo.			29-06-2023	09:20:27
RESPUESTAS				
Respuestas Obtenidas			Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES			10-08-2023	09:32:26
CONSULTA				
Consulta Realizada			Fecha	Hora
En la Página 26 del PBC en su apartado Plan de entrega de los bienes dice: La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato. Visto y considerando la gran cantidad de insumos, solicitamos al Convocante que el plazo de entrega sea por lo menos de 60 (sesenta) días corridos posteriores a la firma del contrato.			29-06-2023	09:21:39
RESPUESTAS				
Respuestas Obtenidas			Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES			10-08-2023	09:32:39
CONSULTA				
Consulta Realizada			Fecha	Hora
En la Página 26 del PBC en su apartado Plan de entrega de los bienes dice: La emisión de la Orden de Compra será emitida conforme a la necesidad. La emisión de la Orden de Compra de la totalidad de las cantidades adjudicadas, será emitida dentro de los 24 meses posteriores a la firma del contrato. Primera entrega a los 5 días hábiles para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. En esta parte se describe la forma de entrega de la cantidad restante (posterior a la entrega de la Primera Orden de Compra). Considerando la gran cantidad de insumos, solicitamos al Convocante que el plazo de entrega sea por lo menos de 60 (sesenta) días corridos posterior a la firma del contrato.			29-06-2023	09:23:01
RESPUESTAS				
Respuestas Obtenidas			Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES			10-08-2023	09:32:51
CONSULTA				

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita modificar la denominación de los ítems a una genérica que abarque cualquier marca, por ejemplo "Sellador de Vasos" o "Pieza de Mano para electrobiturí", de manera a no limitar el tipo de sellador por una marca específica.		29-06-2023	12:40:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		10-08-2023	09:38:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se observa que la descripción de cada uno de los ítems dice: "Tijera para Electrobisturí o Cuchilla de Tijera para Electrobisturi". Considerando que las piezas de mano descritas corresponden a marcas específicas, se consulta si será aceptada cualquier pieza de mano/sellador de vaso para electrobisturí independientemente a su denominación, de manera a no restringir la participación por direccionar a una marca, en contravención a los principios de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		29-06-2023	12:41:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		10-08-2023	09:38:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con relación a la denominación de los 3 ítems "Tijera para Electrobisturí o Cuchilla de Tijera para Electrobisturi". Favor aclarar con SI o NO si se aceptará el sellador de vaso compatible con el equipo en comodato, tal como se requiere en las especificaciones técnicas, independientemente a la denominación del mismo por cada tipo de marca, pudiendo ser tijera, cuchilla, pinza u otro		29-06-2023	12:41:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		10-08-2023	09:39:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Construcción acorde a normas internacionales: ISO, CE, FDA, TUV, al menos 2 de ellas. Favor aceptar que cuente al menos con 1 de las normas de construcción. Así también, se solicita excluir TUV porque no corresponde a una norma, sino a una firma certificadora.		29-06-2023	12:44:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		10-08-2023	09:39:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
2- TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 37 cm; TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO. Solicitamos a la convocante establecer un intervalo de medida a la tijera selladora de vasos, debido a que la misma corresponde a una marca especifica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 2- TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 37 +/-2cm; TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO.		29-06-2023	12:45:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		10-08-2023	09:39:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 3- TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 44 cm; PUNTA MARYLAND TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO. Solicitamos a la convocante establecer un intervalo de medida a la tijera selladora de vasos, como así también el tipo de punta de la tijera selladora de vasos, debido a que la misma corresponde a una marca especifica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 3- TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 44 +/- 2CM; PUNTA MARYLAND O DEPENDIENDO DEL DISEÑO DEL FABRICANTE; totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato.		29-06-2023	12:45:43
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		10-08-2023	09:39:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Alimentación electrica 220Vca+- 10%/50Hz.Potencia 270-300W aproximadamente. Con toma de alimentación electrico tipo Schuko Solicitamos a la convocante ampliar la potencia del equipo, debido a que la misma corresponde a una marca especifica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: Alimentación eléctrica 220Vca+- 10%/ 50Hz.Potencia 270W o mayor. Con toma de alimentación eléctrico tipo Schuko.		29-06-2023	12:46:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		10-08-2023	09:39:55

Listado de Consultas

CONSULTA	
Consulta Realizada	
Donde dice: Pantalla táctil LCD de 7"con 4 cuadrantes. Monopolar1, Monopolar 2, Bipolar, Sellador de Vasos y Resección Bipolar (RTU). Solicitamos a la convocante establecer un rango de medida de la pantalla táctil, además de los tipos de conexiones, debido a que la misma corresponde a una marca especifica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: Pantalla táctil LCD o LED de 7 +/- 2 con 4 cuadrantes. Monopolar 1, Monopolar 2, Bipolar, Sellador de vasos y Resección Bipolar (RTU) o UNIVERSAL según tecnología del fabricante. La conexión del sellador de vasos podría ser independiente o no al electrobisturí, siempre y cuando los módulos trabajen en forma conjunta.	
RESPUESTAS	
Respuestas Obtenidas	
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	
CONSULTA	
Consulta Realizada	
Donde dice: 2 entradas Monopolar, 1 Bipolar, 1 Sellador de Vasos Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que la misma corresponde a una marca especifica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 2 entradas Monopolar, 1 Bipolar, 1 Sellador de vasos / universal, según tecnología del fabricante. El sellador de vasos podría ser independiente o no del electrobisturí, siempre y cuando los módulos trabajen en forma conjunta.	
RESPUESTAS	
Respuestas Obtenidas	
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	
CONSULTA	
Consulta Realizada	
Donde dice: Capacidad de almacenamiento: 8GB Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que la misma corresponde a una marca especifica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Además, esta característica no garantiza un mejor procedimiento Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: Capacidad de almacenamiento de 8GB o la posibilidad de guardar 30 procedimientos o más.	
RESPUESTAS	
Respuestas Obtenidas	
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	
CONSULTA	
Consulta Realizada	
Donde dice: Sistema REM Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que la misma corresponde a una marca especifica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: Sistema de detección de adherencia de la placa neutra al paciente, de acuerdo a cada fabricante	
RESPUESTAS	
Respuestas Obtenidas	
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	
CONSULTA	
Consulta Realizada	
Donde dice: Sistema REM Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que la misma corresponde a una marca especifica (Medtronic), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: Sistema de detección de adherencia de la placa neutra al paciente, de acuerdo a cada fabricante	
RESPUESTAS	
Respuestas Obtenidas	
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	
CONSULTA	
Consulta Realizada	
En la experiencia requerida dice: Demostrar la experiencia en provisión de EQUIPOS MÉDICOS a través de copias de Facturaciones de Ventas por un 25 % (VEINTE Y CINCO) por ciento de lo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020,2021,2022. Para demostrar esta situación, se podrá presentar la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Por otra lado, en el requisito documental para acreditar la experiencia indica: Copias de facturaciones Favor aclarar si serán aceptados contratos y/o facturas o únicamente facturas como requisito documental para acreditar la experiencia	
RESPUESTAS	
Respuestas Obtenidas	
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	
CONSULTA	
Consulta Realizada	
Dice: Los equipos en comodato serán entregados a los 15 días corridos posteriores a la firma del Contrato en los lugares mencionado mas abajo. Primera entrega a los 5 días hábiles para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. Considerando los plazos para importación se solicita, al menos para la primera orden de compra, extender a 45 días el plazo de entrega tanto para los equipos en comodato como para los selladores de vasos, más aún teniendo en cuenta las cantidades requeridas	
RESPUESTAS	
Respuestas Obtenidas	
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	
CONSULTA	
Consulta Realizada	
Favor aclarar si los equipos en comodato deben ser nuevos o podrán entregarse equipos usados.	
RESPUESTAS	

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		10-08-2023	09:41:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita a la convocante que aclare en la descripción de estos tres ítems además de ser sellador , si estos tres ítems deben de cortar. pueden ser solo selladores?		30-06-2023	05:36:28
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		10-08-2023	09:42:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que se amplie esta característica para mayor participación de oferentes a Capacidad de almacenamiento: 8GB o con memoria para por lo menos 50 a 100 programas.ya que en este equipo lo importante es la capacidad de almacenamiento que hay de programas .		30-06-2023	05:38:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		10-08-2023	09:42:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
2- TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 37 +/- 1 cm; TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO. Solicitamos a la convocante establecer un intervalo de medida a la tijera selladora de vasos, debido a que la misma corresponde a una marca específica, imposibilitando ofertar otras marcas sin justificación técnica que avale las condiciones establecidas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 2- TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 37 +/-2cm; TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO.		10-08-2023	21:15:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		18-08-2023	07:28:07
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE DICE: TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 44 +/- 1 cm; PUNTA MARYLAND TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL EQUIPO EN COMODATO. Solicitamos a la convocante establecer el tipo de punta de la tijera selladora de vasos, debido a que la misma corresponde a una marca específica, imposibilitando ofertar otras marcas, sin justificación técnica que avale las condiciones establecidas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 3- TIJERA PARA ELECTROBISTURI, TIJERA /SELLADORA DE VASOS 44 +/- 1CM; PUNTA MARYLAND O DEPENDIENDO DEL DISEÑO DEL FABRICANTE; totalmente compatible con el equipo ofertado en comodato.		10-08-2023	21:17:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		18-08-2023	07:28:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: Pantalla táctil LCD de 7" +/- 2" con 4 cuadrantes. Debe ser pantalla táctil ya que es la tecnología actual utilizada y tiene un interfaz fácil de utilizar. Monopolar 1, Monopolar 2, Bipolar, sellador de vasos y resección bipolar (RTU). Solicitamos a la convocante establecer una modificación de los tipos de conexiones, debido a que la misma corresponde a una marca específica, imposibilitando ofertar otras marcas, sin justificación técnica que avale las condiciones establecidas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: Pantalla táctil LCD de 7" +/- 2" con 4 cuadrantes. Debe ser pantalla táctil ya que es la tecnología actual utilizada y tiene un interfaz fácil de utilizar. Monopolar 1, Monopolar 2, Bipolar, sellador de vasos y resección bipolar (RTU) o UNIVERSAL según tecnología del fabricante. La conexión del sellador de vasos podría ser independiente o no al electrobisturí, siempre y cuando los módulos trabajen en forma conjunta.		10-08-2023	21:18:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		18-08-2023	07:28:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 2 entradas Monopolar, 1 Bipolar, 1 Sellador de Vasos Solicitamos a la convocante que esta característica sea excluida de las EETT, debido a que la misma corresponde a una marca específica, imposibilitando ofertar otras marcas, sin justificación técnica que avale las condiciones establecidas, limitando la participación de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economía y eficiencia. Se sugiere reemplazar con la siguiente redacción: 2 entradas Monopolar, 1 Bipolar, 1 Sellador de vasos / universal, según tecnología del fabricante. El sellador de vasos podría ser independiente o no del electrobisturí, siempre y cuando los módulos trabajen en forma conjunta.		10-08-2023	21:19:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		18-08-2023	07:29:02

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: CODEX S.R.L. - RUC: 80000173-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508002032	Póliza	Cenit S.A de seguros	22-09-2023	25-09-2023	07-03-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42291613-9999	Tijera para Electrobisturi					250
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Covidien	Covidien	No aplica	USA	Tijera para electrobisturi	6.300.000	1.575.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42291613-9999	Tijera para Electrobisturi					300
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Covidien	Covidien	No aplica	USA - China	Tijera para electrobisturi	6.300.000	1.890.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42291613-9999	Tijera para Electrobisturi					400
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CODEX S.R.L. - 80000173-7	Covidien	Covidien	No aplica	USA	Tijera para electrobisturi	6.300.000	2.520.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CODEX S.R.L. - 80000173-7	5.985.000.000	26-09-2023	08:01:48.302	Propuesta
		Código Verificador:	0e1fa92fb35ce1bed5004f168b3ac78d	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal	
Oferente	Mejor Precio
CODEX S.R.L. - 80000173-7	5.985.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80000173-7 - CODEX S.R.L.	
Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	5.985.000.000

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-09-2023	08:12:34.209
Buenos días, comenzamos la Subasta.	26-09-2023	08:12:49.882
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	26-09-2023	08:17:22.559
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	26-09-2023	08:17:26.636
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-09-2023	08:21:02.191
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-09-2023	08:21:30.005
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-09-2023	08:27:30.162
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-09-2023	08:32:57.212
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-09-2023	08:32:57.274

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.