INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 74/2014 "ADQUISICIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EQUIPO DE HEMODIÁLISIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA" PLURIANUAL – ID Nº 281.016.-

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **VEINTINUEVE** días del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL CATORCE**, siendo las 15:00 horas, se procede a la Evaluación de las Ofertas en el marco de la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 74/2014 "ADQUISICIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EQUIPO DE HEMODIÁLISIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA" PLURIANUAL – ID Nº 281.016,** cuya Acta de Apertura se labró en fecha 18 de diciembre de 2014, la cual se adjunta al presente informe.

El llamado cuenta con **Resolución D.G.O.C. Nº 1085** de fecha 14 de octubre de 2014 *"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SE AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 74/2014 "ADQUISICIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EQUIPO DE HEMODIÁLISIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA" PLURIANUAL – ID Nº 281.016*, convocado por la Dirección General Operativa de Contrataciones, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación según **Resolución S.G. N° 802 de fecha 10 de diciembre de 2014:**

- **Lic. Jorge Cardozo,** Dirección General Operativa de Contrataciones.
- **Abog. Marco Giménez,** Asesoría Jurídica D.G.O.C.
- **Abog. Luis Carlos Benítez,** Dirección General de Asesoría Jurídica.
- **Téc. Jorge Jiménez,** Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.

1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

El presente llamado cuenta con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria **Nº 3944/2014,** correspondiente al **P.A.C. Institucional Nro. 281.016,** cuyo monto asciende a la suma de **Gs. 623.200.000.- (Guaraníes seiscientos veintitrés millones doscientos mil)** y a las estimaciones globales de costo, conforme lo establecen el Art. 15 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas y el Art. Nº 13 del Decreto 21909/03 que lo reglamenta, **por lo que la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 74/2014 dispone de respaldo presupuestario para una eventual adjudicación.**

Cabe mencionar que este llamado es **PLURIANUAL**, los rubros para esta Licitación, correspondiente al rubro: 500; Subgrupo: 530; Fuente de Financiamiento 10 "Recursos del Tesoro" del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2014, asignado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; aprobado por Ley N° 5142/14 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación, para el Ejercicio Fiscal 2014". El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2015.

DETALLE DE PLURIANUALIDAD	
AÑO	**MONTO**
2014	**G. 623.200.000.-**
2015	**G. 934.800.000.-**
TOTAL	**G. 1.558.000.000.-**

2. ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

Se da lectura al **Acta de Apertura de Sobres**, de fecha 18/12/2014, 15:00 horas, observándose la recepción de 5 (cinco) ofertas, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Nº	EMPRESA:	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:
1	**LA CASA DEL MEDICO S.A.** Aseguradora: ASEPASA S.A. Monto: Gs. 25.000.000.- Vigencia: Desde el: 18/12/2014 al 18/05/2015.- FOLIADO DEL 001 AL 043.-	**G. 818.826.800.-**

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

Luis Carlos Benítez Torres
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Nº	EMPRESA:	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA:
2	**INFOTEC S.A.** Aseguradora: LA COSOLIDADA S.A. Monto: Gs. 10.000.000.- Vigencia: Desde el: 18/12/2014 al 26 /06/2015.- FOLIADO DEL 001 AL 028.-	**G. 250.000.000.-**
3	**VICENTE SCAVONE Y CIA.** Aseguradora: FENIX S.A. Monto: Gs. 67.000.000.- Vigencia: Desde el: 18/12/2014 al 16 /06/2015.- FOLIADO DEL 001 AL 111.-	**G. 1.966.800.000.-**
4	**BBRAUN MEDICAL S.A.** Aseguradora: SEGUROS SEGESA S.A. Monto: Gs.60.000.000.- Vigencia: Desde el: 17/12/2014 al 15/06/2015.- FOLIADO DEL 001 AL 447.-	**G. 1.870.000.000.-**
5	**SCARPE S.R.L.** Aseguradora: ASEGURADORA DEL ESTE S.A. Monto: Gs. 53.000.000.- Vigencia: Desde el: 05 /12/2014 al 03/06/2015.- FOLIADO DEL 001 AL 155.-	**G. 1.639.000.000.-**

OBS.: Las empresas participantes se encuentran habilitadas para contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

3. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL Y FORMAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Que de conformidad a la *SECCION II CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION* del Pliego de Bases y Condiciones, *2. CRITERIOS DE EVALUACION,* se estableció que las documentaciones consideradas como sustancial en la presente contratación, constituyen: ***1.*** *El formulario de Oferta debidamente completado y firmado,* ***2.*** *Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente* ***3.*** *Documentos que acrediten la Identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la Oferta,* ***4.*** *Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del art. 40 y la Declaratoria de Integridad art. 20.* Asimismo se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizara el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE.***

Que luego de un análisis de las documentaciones legales de **carácter sustancial** presentadas por las firmas oferentes, afectada por esta adjudicación, en el marco de la contratación de referencia, consideramos lo siguiente:

EMPRESAS OFERENTES	DOCUMENTACIONES			
	Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de Ofertas	Poder suficiente del firmante de la Oferta	Declaración Jurada - Artículo 40 de la ley 2051/03
1. LA CASA DEL MEDICO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. INFORTEC S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. VICENTE SCAVONE Y CIA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. BBRAUN MEDICAL S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5. SCARPE S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Luis Carlos Benítez Torres
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NO SUSTANCIAL Y FORMAL, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

SECCION VII. ANEXOS Nº 1. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA:	LA CASA DEL MEDICO S.A.	INFOTEC S.A.	VICENTE SCAVONE Y CIA.	BBRAUN MEDICAL S.A.	SCARPE S.R.L.
A) Formulario de Oferta *					
[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta*					
[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección VI, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
C) Documentos legales					
Oferentes Individuales. Personas Físicas.					
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Fotocopia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
D) Documentos legales					
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.					
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Luis Carlos Benítez Torres
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

JORGE W. JIMÉNEZ
D.G.G.I.A.S. - M.S.P. y B.S.

SECCION VII. ANEXOS Nº 1. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA:	LA CASA DEL MEDICO S.A.	INFOTEC S.A.	VICENTE SCAVONE Y CIA.	BBRAUN MEDICAL S.A.	SCARPE S.R.L.
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
E) Oferentes en Consorcio.					
Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado (C) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D) precedente.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Original o Fotocopia Autenticada del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio , en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Fotocopia autenticada de los Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en: **1.** un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o **2.** los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en: **1.** un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o **2.** los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
F) Documentos que demuestren que el Oferente es elegible para presentar una oferta de conformidad con la cláusula 16 de las IAO:					
Declaración Jurada de No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 de la Ley Nº 2.051/03 conforme se indica en el anexo respectivo del presente pliego de bases y condiciones.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
G) **Documentos que demuestren que los Bienes o Servicios se ajustan sustancialmente a los Documentos de la Licitación, de conformidad con las cláusulas 18 y 30 de las IAO:**					
Especificaciones Técnicas descriptas en el Formulario N° 3 Formulario de Oferta.*	Ítem 1: NO CUMPLE	Ítem 1: CUMPLE	Ítem 1: CUMPLE	Ítem 1: NO COTIZA	Ítem 1: NO COTIZA
Folletos, catálogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano.	Ítem 2: NO COTIZA	Ítem 2: NO COTIZA	Ítem 2: CUMPLE	Ítem 2: CUMPLE	Ítem 2: NO CUMPLE
	Ítem 3: CUMPLE	Ítem 3: NO COTIZA	Ítem 3: NO CUMPLE	Ítem 3: NO COTIZA	Ítem 3: CUMPLE
H) **Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 19 de estas IAO**					

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Luis Carlos Benítez Torres
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.N.E. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

SECCION VII. ANEXOS Nº 1. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA:	LA CASA DEL MEDICO S.A.	INFOTEC S.A.	VICENTE SCAVONE Y CIA.	BBRAUN MEDICAL S.A.	SCARPE S.R.L.
Copias de contratos ejecutados de provisión o facturación de ventas y recepciones finales de bienes similares (PLANTA DE TRATAMIENTO, EQUIPO DE HEMODIALISIS, SILLON PARA DIALISIS), cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (*2011-2012-2013*) asciendan a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Balance General de los últimos tres ejercicios (*2011-2012-2013*). Oferentes con menos de 3 años podrán presentar los balances de los ejercicios vencidos desde su existencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
I) Documentos Adicionales:					
Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada vigente que garantice que el Oferente es representante o distribuidor de la marca, o en su defecto, que esté debidamente autorizado a comercializar los bienes que oferta. (Formulario N° 4).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Se deberá acreditar que es fabricante, representante oficial o distribuidor autorizado para el Paraguay de las marcas de los bienes ofertados, a dicho efecto deberá presentar la Carta de Autorización Original o fotocopia debidamente autenticada ante Escribanía Pública, conforme al formulario incluido en la Sección VI para importadores y distribuidores de los bienes ofrecidos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Habilitación Vigente expedida por el M.S.P. Y B.S., como importador/comercializador/distribuidor de dispositivos médicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Habilitación Vigente de Servicio Técnico de equipos médicos, emitido por el M.S.P Y B.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
El Oferente deberá garantizar que repondrán gratuitamente dentro de los límites de la República del Paraguay, en cualquier lugar o donde ocurriere la falla de algún equipo que se haya dañado por causas de los bienes e insumos proveídos debido al diseño, material o fabricación defectuosa.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Balance General de los últimos tres ejercicios (2011-2012-2013). Oferentes de menos de 3 años podrán presentar los balances de los ejercicios vencidos desde su existencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Copias de contratos ejecutados de provisión o facturación de ventas y recepciones finales de bienes similares (PLANTA DE TRATAMIENTO, EQUIPO DE HEMODIALISIS, SILLON PARA DIALISIS), cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2011-2012-2013) asciendan a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancario	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cualquier lugar o donde ocurriere la falla de algún equipo que se haya dañado por causas de los bienes e insumos proveídos debido al diseño, material o fabricación defectuosa.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Lic. Jorge Cardozo M.
Dep. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. Carlos Benítez Torres
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.L.E.S. - M.S.P. y B.S.

5. ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS:

Se da lectura al resultado del **Análisis de Ratios Financieros,** que forma parte del presente Acta de Evaluación, practicado al Balance General de las empresas oferentes, a fin de determinar si las misma cuenta con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones:

RATIO DE LIQUIDEZ: deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 (tres) últimos años.
ENDEUDAMIENTO: no deberá ser mayor a 0,80; en promedio en los 3 (tres) últimos años.
RENTABILIDAD: el promedio en los 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.

EMPRESA: VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.									
Índices Financieros		2011	Índice	2012	Índice	2013	Índice	Promedio	Calificación
Ratio de Liquidez	Activo Corriente	174.896.622.070	3,32	187.893.128.429	3,92	208.502.385.915	4,10	3,78	Cumple
	Pasivo Corriente	52.676.279.616		47.903.703.820		50.900.318.237			
Endeudamiento	Pasivo Total	52.676.279.616	0,22	67.434.829.358	0,26	87.423.512.694	0,31	0,26	Cumple
	Activo Total	244.855.683.540		262.993.244.232		286.324.773.391			
Rentabilidad	Utilidad D/ Impuesto	5.827.741.510	0,06	6.481.094.666	0,07	5.547.820.171	0,06	0,07	Cumple
	Capital	90.000.000.000		90.000.000.000		90.000.000.000			

EMPRESA: LA CASA DEL MÉDICO S.A.									
Índices Financieros		2011	Índice	2012	Índice	2013	Índice	Promedio	Calificación
Ratio de Liquidez	Activo Corriente	11.909.054.410	2,48	10.498.761.136	4,12	11.371.457.377	4,43	3,67	Cumple
	Pasivo Corriente	4.807.848.107		2.549.740.903		2.568.659.586			
Endeudamiento	Pasivo Total	5.089.037.446	0,39	2.739.287.612	0,23	3.249.984.636	0,26	0,29	Cumple
	Activo Total	13.167.988.129		11.675.686.129		12.375.365.869			
Rentabilidad	Utilidad D/ Impuesto	2.045.241.969	0,68	1.947.652.921	0,65	355.743.986	0,12	0,48	Cumple
	Capital	3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000			

EMPRESA : BBRAUN MEDICAL S.A.									
Índices Financieros		2011	Índice	2012	Índice	2013	Índice	Promedio	Calificación
Ratio de Liquidez	Activo Corriente	46.336.582.288	2,07	52.308.080.466	1,51	49.205.127.139	1,93	1,84	Cumple
	Pasivo Corriente	22.337.702.672		34.649.143.275		25.492.951.325			
Endeudamiento	Pasivo Total	26.319.365.954	0,45	36.480.178.336	0,57	40.080.269.623	0,63	0,55	Cumple
	Activo Total	59.063.338.718		64.542.892.452		63.140.074.150			
Rentabilidad	Utilidad D/ Impuesto	6.764.914.900	0,33	1.454.230.320	0,07	-796.430.912	-0,04	0,12	Cumple
	Capital	20.620.198.455		20.621.000.000		20.621.000.000			

EMPRESA: SCARPE S.R.L.									
Índices Financieros		2011	Índice	2012	Índice	2013	Índice	Promedio	Calificación
Ratio de Liquidez	Activo Corriente	4.114.489.112	21,70	4.542.290.762	19,45	6.761.626.223	3,05	14,73	Cumple
	Pasivo Corriente	189.623.995		233.552.985		2.217.191.513			
Endeudamiento	Pasivo Total	189.623.995	0,05	233.552.985	0,05	2.217.191.513	0,31	0,13	Cumple
	Activo Total	4.154.569.147		4.583.676.063		7.246.750.381			
Rentabilidad	Utilidad D/ Impuesto	569.639.884	1,08	383.996.189	0,73	328.132.920	0,07	0,63	Cumple
	Capital	528.000.000		528.000.000		4.628.000.000			

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abg. Carlos Ruiz Torres
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.E.S. - M.S.P. y B.S.

RATIO DE LIQUIDEZ: deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 (tres) últimos años.
ENDEUDAMIENTO: no deberá ser mayor a 0,80; en promedio en los 3 (tres) últimos años.
RENTABILIDAD: el promedio en los 3 (tres) últimos años, no deberá ser negativo.

EMPRESA: INFOTEC S.A.									
Índices Financieros		2011	Índice	2012	Índice	2013	Índice	Promedio	Calificación
Ratio de Liquidez	Activo Corriente	7.017.857.890	1,89	9.764.654.691	1,39	10.114.599.519	1,83	1,70	Cumple
	Pasivo Corriente	3.715.030.513		7.034.898.300		5.532.426.003			
Endeudamiento	Pasivo Total	3.715.030.513	0,48	7.034.898.300	0,56	5.532.426.003	0,39	0,48	Cumple
	Activo Total	7.748.372.623		12.537.622.582		14.143.522.236			
Rentabilidad	Utilidad D/ Impuesto	200.034.257	0,10	1.234.743.134	0,62	789.325.286	0,25	0,32	Cumple
	Capital	2.000.000.000		2.000.000.000		3.166.000.000			

6. ANÁLISIS DE EXPERIENCIA:

Seguidamente el Comité de Evaluación procede al Análisis de la Experiencia del oferente afectado a esta adjudicación parcial, cuantificando por empresa los contratos de provisión o facturación de ventas y recepciones finales de bienes similares, cuya sumatoria de los **3 (tres) últimos años (2011-2012-2013)** deben arrojar un monto igual o mayor al 25% del monto total ofertado, de conformidad a la *SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 2. Requisitos para Calificación Posterior. (b) Experiencia y Capacidad Técnica,* establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

N°	Empresa	Monto Total Ofertado	25% de la Oferta	Monto Total de Contratos Ejecutados	Cumple / No cumple
1	LA CASA DEL MÉDICO S.A.	818.826.800	204.706.700	2.168.594.399	Cumple
2	INFOTEC S.A.	250.000.000	62.500.000	184.200.000	Cumple
3	VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	1.966.800.000	491.700.000	1.122.000.000	Cumple
4	BBRAUN MEDICAL S.A.	1.870.000.000	467.500.000	696.000.000	Cumple
5	SCARPE S.R.L.	1.639.000.000	409.750.000	-	No cumple

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

Ana Carina Benítez Torres
Abogada
Dirección General Jurídica
M.S.P. y B.S.

7. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por Ítem ofertado, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 y los Criterios establecidos en el P.B.C.**

OFERENTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% VARIACIÓN	PRECIO TOTAL CON IVA
PRECIO REFERENCIAL	**1**	**42161631-9999**	**SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*****	*****	**2**	**130.000.000**	*****	**260.000.000**
LA CASA DEL MÉDICO S.A.	1	42161631-9999	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	APPLIED MEMBRANES	USA	2	103.525.400	-20,37	207.050.800
INFOTEC S.A.	1	42161631-9999	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	APEMA	ARGENTINA	2	125.000.000	-3,85	250.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	1	42161631-9999	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	NIPRO	JAPÓN - USA - BRASIL - CHINA -TAILANDIA - INDONESIA	2	209.000.000	60,77	418.000.000
BBRAUN MEDICAL S.A.	1	42161631-9999	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	2	NO COTIZA	-	-
SCARPE S.R.L.	1	42161631-9999	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	2	NO COTIZA	-	-
PRECIO REFERENCIAL	**2**	**42161632-001**	**EQUIPO DE HEMODIALISIS**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*****	*****	**22**	**54.000.000**	*****	**1.188.000.000**
VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	2	42161632-001	EQUIPO DE HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	NIPRO	JAPÓN - USA - BRASIL - CHINA -TAILANDIA - INDONESIA	22	63.800.000	18,15	1.403.600.000
SCARPE S.R.L.	2	42161632-001	EQUIPO DE HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	JIHUA MEDICAL APPARATUS - MODELO: JHM 2028 A	CHINCA	22	67.000.000	24,07	1.474.000.000

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.T.E.S. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

OFERENTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% VARIACIÓN	PRECIO TOTAL CON IVA
BBRAUN MEDICAL S.A.	2	42161632-001	EQUIPO DE HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	B BRAUN	ALEMANIA	22	85.000.000	57,41	1.870.000.000
LA CASA DEL MÉDICO S.A.	2	42161632-001	EQUIPO DE HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	22	NO COTIZA	-	-
INFOTEC S.A.	2	42161632-001	EQUIPO DE HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	22	NO COTIZA	-	-
PRECIO REFERENCIAL	**3**	**42192102-999**	**SILLON PARA HEMODIALISIS**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*****	*****	**22**	**5.000.000**	*****	**110.000.000**
VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	3	42192102-999	SILLON PARA HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	NIPRO / WINCO	JAPÓN - USA - BRASIL - CHINA -TAILANDIA - INDONESIA	22	6.600.000	32,00	145.200.000
SCARPE S.R.L.	3	42192102-999	SILLON PARA HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	HOSPIMETAL - MODELO: HM2054 A	BRASIL	22	7.500.000	50,00	165.000.000
LA CASA DEL MÉDICO S.A.	3	42192102-999	SILLON PARA HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	BIONIC	ALEMANIA	22	27.808.000	456,16	611.776.000
INFOTEC S.A.	3	42192102-999	SILLON PARA HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	22	NO COTIZA	-	-
BBRAUN MEDICAL S.A.	3	42192102-999	SILLON PARA HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	22	NO COTIZA	-	-

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Luis Carlos Benítez Torres
Abogado
Dirección General Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.N.E.S. - M.S.P. y B.S.

8. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se verifican el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de los Ítems conforme a los **criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Art. 61º - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta le Ley 2.051/03 De Contrataciones Públicas".** A continuación se detalla el informe técnico elaborado por el Téc. Jorge Jiménez, representante de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, el cual forma parte íntegra del presente informe.

ITEM 1	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	LA CASA DEL MEDICO S.A.			INFOTEC S.A.			VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.		
Datos Generales	Planta de tratamiento de agua para Centro de Diálisis	**CUMPLE**	**PARAMETRO**	**FOLIO**	**CUMPLE**	**PARAMETRO**	**FOLIO**	**CUMPLE**	**PARAMETRO**	**FOLIO**
	Datos del Equipo									
	Descripción general: Sistema para tratamiento de agua con capacidad de producción de 300 litros/ hora como mínimo, a ser usada por Máquinas de Diálisis									
	Marca:	APPLIED MEMBRANES			APEMA			NIPRO		
	Modelo:	M-24A			PA1000			PURE WATER		
	Procedencia y año de fabricación:	USA /2014			ARGENTINA / 2014			ALEMANIA/2014		
	Normas de calidad: FDA, TUV, UL, CE, Normas de calidad de equipos biomédicos del MERCOSUR, al menos una de ellas (aclarar cual norma).	CUMPLE	FDA		CUMPLE	ANMAT (ARGENTINA)		CUMPLE	CE, ISO 13485	
Características Técnicas Mínimas	**Características Técnicas mínimas:**									
	Almacenado de Agua cruda, Pre filtrado y Presurización									
	Tanque de material de uso sanitario (fibra, PVC, PTFE, inox), capacidad de 5.000 litros o mayor	CUMPLE	5000 LITROS	CATALOGO	CUMPLE	5000 LITROS	CATALOGO	CUMPLE	5000 LITROS	CATALOGO
	Bomba de agua de 1Hp o mejor (Acero Inox.), con todos los accesorios incluidos.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE	1,33 HP	CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Tanque para filtro de profundidad. Filtro multimedia de tres capas (grava, arena y antracita) o mejor **acorde al requerimiento de la osmosis**.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Tanque para ablandador. Filtro ablandador **acorde al requerimiento de la osmosis**. (con su respectivo tanque para salmuera).	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Tanque para filtro de carbón activado. Filtro de carbón activado. **acorde al requerimiento de la osmosis**	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Cabezales **Automáticos** para retro lavado y regeneración de resinas.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

	Osmosis Inversa 600 litros/horas con al menos 3 (tres) membranas de osmosis.	NO CUMPLE	**2 MEMBRANAS** DE OSMOSIS INVERSA	CATALOGO	CUMPLE	3 MEMBRANAS OSMOSIS INVERSA 1000 L/h	CATALOGO	CUMPLE	1400 litros/hora 3 membranas	CATALOGO
	Bomba vertical multi etapas de 3Hp acero inoxidable o mejor, con todos los accesorios incluidos.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Una Membrana de polisulfona 4040 o mejor.	CUMPLE	2 MEMBRANAS	CATALOGO	CUMPLE	3 MEMBRANAS	CATALOGO	CUMPLE	3 membranas	CATALOGO
	Un Tubo porta membrana de acero inoxidable.	CUMPLE	2 TUBO PORTA MEMBRANA	CATALOGO	CUMPLE	3 TUBOS PORTA MEMBRANA ACERO INOX	CATALOGO	CUMPLE	3 tubo porta membrana ACERO INOX	CATALOGO
	Conductimetro de Control con Lectura Digital.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Flujimetros de **concentrado y producto**.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Controles de presión, Manómetros en Baños de Glicerina.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Válvulas de Regulación para presión de membranas.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Protecciones para Falta de Agua de Alimentación.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Estructura vertical en acero inoxidable.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Almacenado de Permeado y Distribución a Sala									
	Tanque de material de uso sanitario (fibra, PVC, PTFE, inox), capacidad de 1.000 litros o mayor	CUMPLE	1000 LITROS	CATALOGO	CUMPLE	2000 LITROS	CATALOGO	CUMPLE	1000 LITROS	CATALOGO
	Bomba de 1Hp de acero inoxidable o mejor, con todos los accesorios incluidos.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Sistema de Esterilización									
	Equipo de Ultravioleta 16watts como mínimo.	CUMPLE	25 W	CATALOGO	CUMPLE	16W, 1200 L/h	CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Reactor de acero inoxidable	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Tubo de Cuarzo	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Reactancia Electrónica	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

	Sistema de abastecimiento continuo de agua a los equipos así también para la regeneración de resinas.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	El equipo deberá contar con una válvula de desvío para permitir que los equipos de diálisis tengan alimentación de agua si el equipo quedara fuera de funcionamiento.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
Otros Requerimientos	**Otros requerimientos.**									
	Cualquier otro requisito para la puesta en funcionamiento del equipo que no esté contemplado en estas especificaciones, correrá a cargo del oferente.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Alimentación eléctrica 380 V AC ± 10% / 50 Hz o 220 V AC ± 10% / 50Hz	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Catálogos originales del fabricante, en idioma Español, Portugués o Inglés donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Direcciones Web o correo electrónico del fabricante donde se pueda obtener información del producto ofertado.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Manuales técnicos en español o inglés.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Manual de operaciones en español o con traducción al español por traductor matriculado.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
ITEM 2	**EQUIPO DE HEMODIALISIS**	**VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.**			**SCARPE S.R.L.**			**B BRAUN PARAGUAY S.A.**		
Datos Generales	**Datos generales**	**CUMPLE**	**PARAMETRO**	**FOLIO**	**CUMPLE**	**PARAMETRO**	**FOLIO**	**CUMPLE**	**PARAMETRO**	**FOLIO**
	Marca	NIPRO			JIHUA MEDICAL APARATUS			B BRAUN		
	Modelo	SURDIAL 55			JHM-2028A			DIALOG		
	Máquina en línea de producción actual con una antigüedad máxima de fabricación de CINCO (05) años.	CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
	Origen	JAPON			CHINA			ALEMANIA		
	Certificados de calidad: CE, FDA, JIS, ISO 13485 (al menos uno de ellos)	CUMPLE	JIS, CE		CUMPLE	ISO 13485		CUMPLE	CE	
Características mínimas requeridas:	**Características Generales**									
	Tecnología basada en microprocesadores.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Ultra filtración Controlada (volumétrica).	CUMPLE	UF CONTROL VOLUMETRICO	CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO

Lic. Jorge Cardózo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abogado
Dpto. Asesoría Jurídica

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

	Apta para su uso con Bicarbonato.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Cambio de sección de tubuladuras de sangre a utilizar (6mm a 8mm) en forma automática o manual.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Bomba de sangre de 50 a 600 mL/min o mejor.	CUMPLE	0 - 600 Ml/min	CATALOGO	NO CUMPLE	15 a 460 Ml/min	CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Bomba de Heparina incorporada.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Detector de fuga de sangre.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Detector salino/sangre.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Detector de burbujas en la línea venosa.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Pantalla Touchscreen color integrada al equipo.	CUMPLE	PANTALLA TOUCHSCREEN 10,5"	CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Visualización en pantalla de los principales parámetros, conductividad del líquido de diálisis, presión venosa, presión arterial, presión transmembrana y lectura presión de dializado.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Sistema automático incorporado para desinfección y lavado.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Perfil de Ultrafiltración	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Perfil de Sodio	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Perfil de Bicarbonato	CUMPLE		CATALOGO	NO CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Equipo con función programable de limpieza del Dializador. (opcional)	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Clamp de seguridad para la línea venosa por detección de aire.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Posibilidad de conexión a un sistema central de monitoreo con equipamiento opcional. (opcional)	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Ruedas de transporte.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Indicadores Visuales									
	Monitoreo de presión de la sangre arterial en un rango de -200 a +200 mm Hg o mejor.	CUMPLE	-500 a +500 mmhg	CATALOGO	CUMPLE	-300 a +300 mm Hg	CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO

Lic. Jorge Cardozo M.
Opto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

Monitoreo de presión de la sangre venosa en un rango de -80 a +400 mm Hg o mejor	CUMPLE	-500 a +500 mmhg	CATALOGO	CUMPLE	-50 a +300 mm Hg	CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
Presión de dialisado	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
Presión transmembrana.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
Detección de burbujas en línea venosa.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
Detección de fuga (filtración) de sangre en el líquido de diálisis.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
Ultra filtración encendida / apagada. (opcional)	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
Conductividad del líquido de diálisis.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
Temperatura del líquido de diálisis. (opcional)	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
Velocidad de bomba de sangre.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
Flujo de líquido de diálisis.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
Comandos									
Ultra filtración encender/apagar.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
Flujo de baño de diálisis de 400 a 600 mL/min o mejor	CUMPLE	300 a 800 mmHg	CATALOGO	CUMPLE	300 A 800 ml/min	CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
Concentración de Bicarbonato.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
Concentración de Sodio.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
Flujo de Infusión de Bomba de heparina.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
Temperatura del baño.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
Conductividad del líquido de diálisis.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
Alarmas									
Las alarmas deben ser audibles y visuales.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica

JORGE JIMÉNEZ
O.G.E.S. - M.S.P. y B.S.

	Falta de agua.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Temperatura alta/baja.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Posibilidad de silenciar temporalmente las alarmas sonoras.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Detección de aire en la línea venosa.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Detección de fuga de sangre.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Presión arterial alta/baja.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Presión venosa alta/baja.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Conductividad alta/baja del líquido de diálisis.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Falta de líquido de diálisis.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Finalización del tratamiento de diálisis.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Tiempo transcurrido (opcional).	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Corte de corriente eléctrica.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Procedimiento de desinfección.									
	Las máquinas deberán contar con mecanismos que permitan las desinfecciones térmica y química. Los líquidos desinfectantes deben estar aprobados por el M.S.P y B.S.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
Otros Requerimientos	**Requerimientos de energía**									
	Alimentación principal: 220 V A.C ± 10 % / 50 Hz.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Batería interna recargable	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Duración batería interna a carga máxima: 02 (dos) horas o más.	CUMPLE	OPCIONAL DE FABRICA	CATALOGO	15-30 MINUTOS	OPCIONAL DE FABRICA	CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Conmutación automática de fuente de alimentación.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO

Lic. Jorge Cárdozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

Abogado
Dirección General Asesoría Jurídica

	Cargador interno automático de batería de respaldo.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Otros requerimientos									
	Temperatura de operación: 15 ºC a 35 ºC.	CUMPLE	15 a 35ºC	CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Temperatura de almacenamiento: 0 ºC a 50 ºC.	CUMPLE	0 a 50ºC	CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Humedad relativa ambiente: 15% a 95%.	CUMPLE	15% A 95%	CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Idioma de los indicadores: Español. Además funciones de Alarmas, Indicaciones, Menús en Español, no parcialmente traducidas.	CUMPLE	ESPAÑOL	CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Idioma- manuales de usuario: Español.	CUMPLE	ESPAÑOL	CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Idioma-manuales técnicos: Español o Inglés.	CUMPLE	ESPAÑOL	CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Software en Español	CUMPLE	ESPAÑOL	CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	El equipo debe permitir la posibilidad de instalar un monitor de presión arterial no invasivo programable con la diálisis.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	El equipo debe permitir un monitoreo en tiempo real, de las condiciones de operación internas, por medio de gráficos y flujo en pantalla.	CUMPLE		CATALOGO	NO CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	El equipo debe permitir la posibilidad de actualización del software.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Otros requisitos									
	Las máquinas ofertadas deberán ser compatibles con el uso de cualquiera de las marcas de los líquidos de Hemodiálisis (Bicarbonato y Acetato) que se comercializan en el mercado nacional.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
ITEM 3	**SILLON PARA DIALISIS**	**VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.**			**SCARPE S.R.L.**			**LA CASA DEL MEDICO S.A.**		
Datos Generales	SILLON PARA TRATAMIENTO DE PACIENTES DE HEMODIÁLISIS	**CUMPLE**	**PARAMETRO**	**FOLIO**	**CUMPLE**	**PARAMETRO**	**FOLIO**	**CUMPLE**	**PARAMETRO**	**FOLIO**
	Marca	NIPRO			HOSPIMETAL			BIONIC		
	Modelo	WINCO			HM 2054 A			CONFORT LINE		
	Procedencia	JAPON			BRASIL			ALEMANIA		

Carlos Benítez Torres
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

JORGE JIMÉNEZ
D.G.O.T.E.S. - M.S.P. y B.S.

	Año de Fabricación	2014			2014			2014		
	Datos Generales									
	Normas Internacionales: ISO, CE, FDA, JIS Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos.	CUMPLE	CE, JIS	CATALOGO	CUMPLE	CE	CATALOGO	CUMPLE	CE	CATALOGO
Características mínimas requeridas:	**Características Físicas**									
	Base construida en acero tubular de medidas aproximadas 50 X 30 X 1,5 mm como mínimo.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Revestida con pintura epoxi o material termoplástico de alta resistencia.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Estructura de asiento construida en acero tubular de medidas aproximadas 25 X 30 X 1,5 mm como mínimo.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Lecho dividido en tres partes: respaldo, asiento y posa piernas.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Asiento construido en gomaespuma de densidad D33 como mínimo, con revestimiento en cuerina impermeable de fácil limpieza y desinfección.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Apoya brazos con extensión en todo el antebrazo, de altura ajustable, cóncavos y acolchados con revestimiento en material similar al asiento.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Sistema de accionamiento de movimientos por motores eléctricos con control remoto por cable.	NO CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Movimientos del dorso y piernas independientes.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Ruedas con frenos (en al menos dos ruedas) de 100 mm de diámetro como mínimo.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE	OPCIONAL DE FABRICA	CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Capacidad 150 Kg.	CUMPLE	204 KG	CATALOGO	CUMPLE	150 Kg	CATALOGO	CUMPLE	180 KG	CATALOGO
	Movimientos.									
	Respaldo: 70º como mínimo.	NO CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE	70°	CATALOGO	CUMPLE	75°	CATALOGO
	Trendelemburg: 0-12º	NO CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE	0-12°	CATALOGO	CUMPLE	0 - 20°	CATALOGO
	Trendelemburg inverso: 0-12º	NO CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE	0-12°	CATALOGO	CUMPLE	0 -20°	CATALOGO
	CPR	NO CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE	OPCIONAL DE FABRICA	CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Alimentación principal: 220 / 380 VAC / 50 Hz.	NO CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE	220 VAC / 50Hz	CATALOGO	CUMPLE	220 VAC / 50Hz	CATALOGO

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

	Energía de trabajo (secundaria): 24 V con sistema de batería recargable de respaldo.	NO CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO
	Dimensiones aproximadas									
	Externas: 2,00 X 0,95 mts.	NO CUMPLE	194 X 90	CATALOGO	CUMPLE	1,87 X 075	CATALOGO	CUMPLE	2,20 x 0,90 m	CATALOGO
	Internas: 1,90 X 0,70 mts.	NO CUMPLE	194 X 63,5	CATALOGO	CUMPLE	1,70 X 0,48	CATALOGO	CUMPLE	215 x 0,60 m	CATALOGO
	Altura: mínima 55 cm / máxima 75 cm.	NO CUMPLE	53,3 CM	CATALOGO	CUMPLE	55 CM	CATALOGO	CUMPLE	60-80 cm	CATALOGO
	Porta sueros incorporados.	CUMPLE		CATALOGO	CUMPLE	OPCIONAL DE FABRICA	CATALOGO	CUMPLE		CATALOGO

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

Dr. Carlos Bareiro Torres
Abogado
Dirección General Consultoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

9. CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS:

Se verifican en detalle el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de los Ítems seleccionados como la oferta más baja, conforme a los criterios establecidos en el **Pliego de Bases y Condiciones, y en el Art. 61º - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta le Ley 2.051/03 De Contrataciones Públicas"**.

Dejamos constancia que el Ítem N° 3 "SILLON PARA HEMODIÁLISIS", se declara desierto debido a que la primera mejor oferta en precios presentada por la empresa **VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.**, no cumple con todos los requerimientos solicitados en las especificaciones técnicas. La segunda mejor oferta en precios presentada por la empresa **SCARPE S.R.L.** cumple con las especificaciones técnicas pero supera ampliamente en un 50 % el precio referencial estipulado para esta licitación pública nacional.

Así mismo teniendo en cuenta **EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** elaborado por el Téc. Jorge Jiménez, representante de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, el comité de evaluación recomienda la adjudicación a las siguientes empresas:

EMPRESA: INFOTEC S.A. - RUC: 80021897-3

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA
1	42161631-9999	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS	Planta de tratamiento de agua para Centro de Diálisis Datos del Equipo: Descripción general: Sistema para tratamiento de agua con capacidad de producción de 300 litros/ hora como mínimo, a ser usada por Máquinas de Diálisis **Marca: APEMA** **Modelo: PA1000** **Procedencia y año de fabricación: ARGENTINA / 2014** **Normas de calidad: ANMAT (ARGENTINA)** Características Técnicas mínimas: Almacenado de Agua cruda, Pre filtrado y Presurización Tanque de material de uso sanitario (fibra, PVC, PTFE, inox), **capacidad de 5.000 litros.** Bomba de agua de **1,33 HP** (Acero Inox.), con todos los accesorios incluidos. Tanque para filtro de profundidad. Filtro multimedia de tres capas (grava, arena y antracita) o mejor acorde al requerimiento de la osmosis. Tanque para ablandador. Filtro ablandador acorde al requerimiento de la osmosis. (con su respectivo tanque para salmuera). Tanque para filtro de carbón activado. Filtro de carbón activado. acorde al requerimiento de la osmosis Cabezales Automáticos para retro lavado y regeneración de resinas. **Osmosis Inversa 1000 litros/horas** con al menos 3 (tres) membranas de osmosis. Bomba vertical multi etapas de 3Hp acero inoxidable o mejor, con todos los accesorios incluidos. **3 MEMBRANAS de polisulfona 4040.** **3 TUBOS PORTA MEMBRANA ACERO de acero inoxidable.** Conductimetro de Control con Lectura Digital. Flujimetros de concentrado y producto. Controles de presión, Manómetros en Baños de Glicerina.	Unidad	Unidad	APEMA	ARGENTINA	2	125.000.000	250.000.000

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

Ana Carolina Benítez Torres
Abogado
Dirección General Asesoría Jurídica

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA
			Válvulas de Regulación para presión de membranas. Protecciones para Falta de Agua de Alimentación. Estructura vertical en acero inoxidable. Almacenado de Permeado y Distribución a Sala Tanque de material de uso sanitario (fibra, PVC, PTFE, inox), capacidad de 2.000 litros Bomba de 1Hp de acero inoxidable o mejor, con todos los accesorios incluidos. Sistema de Esterilización Equipo de Ultravioleta 16W, 1200 L/h. Reactor de acero inoxidable Tubo de Cuarzo Reactancia Electrónica Sistema de abastecimiento continuo de agua a los equipos así también para la regeneración de resinas. El equipo deberá contar con una válvula de desvío para permitir que los equipos de diálisis tengan alimentación de agua si el equipo quedara fuera de funcionamiento. Otros requerimientos. Cualquier otro requisito para la puesta en funcionamiento del equipo que no esté contemplado en estas especificaciones, correrá a cargo del oferente. Alimentación eléctrica 380 V AC ± 10% / 50 Hz o 220 V AC ± 10% / 50Hz Catálogos originales del fabricante, en idioma Español, Portugués o Inglés donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas. Direcciones Web o correo electrónico del fabricante donde se pueda obtener información del producto ofertado. Manuales técnicos en español o inglés. Manual de operaciones en español o con traducción al español por traductor matriculado.							
MONTO TOTAL ADJUDICADO:										**250.000.000**
MONTO TOTAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO: GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES.-										

Lic. Jorge Cardozo M.
Opto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

JORGE JIMENEZ
D.G.O.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

Terrera
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

EMPRESA: VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - RUC: 80001870-2

Observación: Se deja constancia que por razones de disponibilidad presupuestaria, la convocante se ve obligada a disminuir la cantidad del bien solicitado de 22 (veintidós) a 20 (veinte) unidades.

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA
2	42161632-001	EQUIPO DE HEMODIALISIS	Datos generales **Marca: NIPRO** **Modelo: SURDIAL 55** Máquina en línea de producción actual con una antigüedad máxima de fabricación de CINCO (05) años. **Origen: JAPON** **Certificados de calidad: JIS, CE** Características Generales Tecnología basada en microprocesadores. Ultra filtración, **UF CONTROL VOLUMETRICO** Apta para su uso con Bicarbonato. Cambio de sección de tubuladuras de sangre a utilizar (6mm a 8mm) en forma automática o manual. **Bomba de sangre de 0 a 600 mL/min.** Bomba de Heparina incorporada. Detector de fuga de sangre. Detector salino/sangre. Detector de burbujas en la línea venosa. **Pantalla Touchscreen color integrada al equipo.** Visualización en pantalla de los principales parámetros, conductividad del líquido de diálisis, presión venosa, presión arterial, presión transmembrana y lectura presión de dializado. Sistema automático incorporado para desinfección y lavado. Perfil de Ultrafiltración Perfil de Sodio Perfil de Bicarbonato Equipo con función programable de limpieza del Dializador. (opcional) Clamp de seguridad para la línea venosa por detección de aire. Posibilidad de conexión a un sistema central de monitoreo con equipamiento opcional. (opcional) Ruedas de transporte. Indicadores Visuales **Monitoreo de presión de la sangre arterial en un rango de -500 a +500 mmhg.** **Monitoreo de presión de la sangre venosa en un rango de -500 a +500 mmhg.** Presión de dialisado Presión transmembrana. Detección de burbujas en línea venosa.	Unidad	Unidad	NIPRO	JAPÓN - USA - BRASIL - CHINA -TAILANDIA - INDONESIA	20	63.800.000	1.276.000.000

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.N.E.S. - M.S.P. y B.S.

Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

			Detección de fuga (filtración) de sangre en el líquido de diálisis. Ultra filtración encendida / apagada. (opcional) Conductividad del líquido de diálisis. Temperatura del líquido de diálisis. (opcional) Velocidad de bomba de sangre. Flujo de líquido de diálisis. Comandos Ultra filtración encender/apagar. **Flujo de baño de diálisis 300 a 800 mmHg** Concentración de Bicarbonato. Concentración de Sodio. Flujo de Infusión de Bomba de heparina. Temperatura del baño. Conductividad del líquido de diálisis. Alarmas Las alarmas deben ser audibles y visuales. Falta de agua. Temperatura alta/baja. Posibilidad de silenciar temporalmente las alarmas sonoras. Detección de aire en la línea venosa. Detección de fuga de sangre. Presión arterial alta/baja. Presión venosa alta/baja. Conductividad alta/baja del líquido de diálisis. Falta de líquido de diálisis. Finalización del tratamiento de diálisis. Tiempo transcurrido (opcional). Corte de corriente eléctrica. Procedimiento de desinfección.							

Lic. Jorge Cardozo M.
Opto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

			Las máquinas deberán contar con mecanismos que permitan las desinfecciones térmica y química. Los líquidos desinfectantes deben estar aprobados por el M.S.P y B.S. Requerimientos de energía Alimentación principal: 220 V A.C ± 10 % / 50 Hz. Batería interna recargable Duración batería interna a carga máxima: 02 (dos) horas o más. Conmutación automática de fuente de alimentación. Cargador interno automático de batería de respaldo. Otros requerimientos Temperatura de operación: 15 ºC a 35 ºC. Temperatura de almacenamiento: 0 ºC a 50 ºC. Humedad relativa ambiente: 15% a 95%. Idioma de los indicadores: Español. Además funciones de Alarmas, Indicaciones, Menús en Español, no parcialmente traducidas. Idioma- manuales de usuario: Español. Idioma-manuales técnicos: Español. Software en Español El equipo debe permitir la posibilidad de instalar un monitor de presión arterial no invasivo programable con la diálisis. El equipo debe permitir un monitoreo en tiempo real, de las condiciones de operación internas, por medio de gráficos y flujo en pantalla. El equipo debe permitir la posibilidad de actualización del software. Otros requisitos Las máquinas ofertadas deberán ser compatibles con el uso de cualquiera de las marcas de los líquidos de Hemodiálisis (Bicarbonato y Acetato) que se comercializan en el mercado nacional.							
MONTO TOTAL ADJUDICADO:											**1.276.000.000**
MONTO TOTAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO: GUARANIES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES.-											

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

Luis Carlos Benítez Torres
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

10. CONCLUSIÓN:

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta, y seleccionando las ofertas que cumplen sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:

OFERENTE	ÍTEM ADJUDICADO	MONTO TOTAL ADJUDICADO – IVA INCLUIDO
1. INFOTEC S.A.	01.-	G. 250.000.000.-
2. VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	02.-	G. 1.276.000.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO - IVA INCLUIDO:		G. 1.526.000.000.-
ÍTEM DECLARADO DESIERTO POR SUPERAR AMPLIAMENTE EL PRECIO REFERENCIAL: 03.-		

MONTO TOTAL ADJUDICADO - IVA INCLUIDO: G. 1.526.000.000.- (Guaraníes mil quinientos veintiséis millones).-

ES NUESTRO INFORME.

Lic. Jorge Cardozo
Dirección General Operativa de Contrataciones.

Abog. Luis Carlos Benítez
Dirección General de Asesoría Jurídica.

Abog. Marcos Giménez
Asesoría Jurídica D.G.O.C.

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.I.E.S. M.S.P. y B.S.

Téc. Jorge Jiménez
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA: INFOTEC S.A. - RUC: 80021897-3

LPN N° 74/2014 "ADQUISICIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EQUIPO DE HEMODIÁLISIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA" PLURIANUAL – ID N° 281.016

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA
1	42161631-9999	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS	Planta de tratamiento de agua para Centro de Diálisis Datos del Equipo: Descripción general: Sistema para tratamiento de agua con capacidad de producción de 300 litros/ hora como mínimo, a ser usada por Máquinas de Diálisis **Marca: APEMA** **Modelo: PA1000** **Procedencia y año de fabricación: ARGENTINA / 2014** **Normas de calidad: ANMAT (ARGENTINA)** Características Técnicas mínimas: Almacenado de Agua cruda, Pre filtrado y Presurización Tanque de material de uso sanitario (fibra, PVC, PTFE, inox), **capacidad de 5.000 litros.** Bomba de agua de **1,33** HP (Acero Inox.), con todos los accesorios incluidos. Tanque para filtro de profundidad. Filtro multimedia de tres capas (grava, arena y antracita) o mejor acorde al requerimiento de la osmosis. Tanque para ablandador. Filtro ablandador acorde al requerimiento de la osmosis. (con su respectivo tanque para salmuera). Tanque para filtro de carbón activado. Filtro de carbón activado. acorde al requerimiento de la osmosis Cabezales Automáticos para retro lavado y regeneración de resinas. **Osmosis Inversa 1000 litros/horas** con al menos 3 (tres) membranas de osmosis. Bomba vertical multi etapas de 3Hp acero inoxidable o mejor, con todos los accesorios incluidos. **3 MEMBRANAS de polisulfona 4040.** **3 TUBOS PORTA MEMBRANA ACERO de acero inoxidable.** Conductimetro de Control con Lectura Digital. Flujimetros de concentrado y producto. Controles de presión, Manómetros en Baños de Glicerina. Válvulas de Regulación para presión de membranas. Protecciones para Falta de Agua de Alimentación. Estructura vertical en acero inoxidable. Almacenado de Permeado y Distribución a Sala Tanque de material de uso sanitario (fibra, PVC, PTFE, inox), capacidad de 2.000 litros Bomba de 1Hp de acero inoxidable o mejor, con todos los accesorios incluidos. Sistema de Esterilización Equipo de Ultravioleta 16W, 1200 L/h. Reactor de acero inoxidable Tubo de Cuarzo Reactancia Electrónica Sistema de abastecimiento continuo de agua a los equipos así también para la regeneración de resinas. El equipo deberá contar con una válvula de desvío para permitir que los equipos de diálisis tengan alimentación de agua si el equipo quedara fuera de funcionamiento. Otros requerimientos. Cualquier otro requisito para la puesta en funcionamiento del equipo que no esté contemplado en estas especificaciones, correrá a cargo del oferente. Alimentación eléctrica 380 V AC ± 10% / 50 Hz o 220 V AC ± 10% / 50Hz Catálogos originales del fabricante, en idioma Español, Portugués o Inglés donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas. Direcciones Web o correo electrónico del fabricante donde se pueda obtener información del producto ofertado. Manuales técnicos en español o inglés. Manual de operaciones en español o con traducción al español por traductor matriculado.	Unidad	Unidad	APEMA	ARGENTINA	2	125.000.000	250.000.000
			MONTO TOTAL ADJUDICADO:							**250.000.000**

MONTO TOTAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO: GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES.-

Lic. Jorge Cárdozo M
Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

Luis Carlos Benítez Torres
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

EMPRESA: VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - RUC: 80001870-2

LPN N° 74/2014 "ADQUISICIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EQUIPO DE HEMODIÁLISIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA" PLURIANUAL – ID N° 281.016

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA
			Datos generales **Marca: NIPRO** **Modelo: SURDIAL 55** Máquina en linea de producción actual con una antigüedad máxima de fabricación de CINCO (05) años. **Origen: JAPON** **Certificados de calidad: JIS, CE** Características Generales Tecnología basada en microprocesadores. Ultra filtración, **UF CONTROL VOLUMETRICO** Apta para su uso con Bicarbonato. Cambio de sección de tubuladuras de sangre a utilizar (6mm a 8mm) en forma automática o manual. **Bomba de sangre de 0 a 600 mL/min.** Bomba de Heparina incorporada. Detector de fuga de sangre. Detector salino/sangre. Detector de burbujas en la línea venosa. **Pantalla Touchscreen color integrada al equipo.** Visualización en pantalla de los principales parámetros, conductividad del líquido de diálisis, presión venosa, presión arterial, presión transmembrana y lectura presión de dializado. Sistema automático incorporado para desinfección y lavado. Perfil de Ultrafiltración Perfil de Sodio Perfil de Bicarbonato Equipo con función programable de limpieza del Dializador. (opcional) Clamp de seguridad para la línea venosa por detección de aire. Posibilidad de conexión a un sistema central de monitoreo con equipamiento opcional. (opcional) Ruedas de transporte. Indicadores Visuales **Monitoreo de presión de la sangre arterial en un rango de -500 a +500 mmhg.** **Monitoreo de presión de la sangre venosa en un rango de -500 a +500 mmhg.** Presión de dialisado Presión transmembrana. Detección de burbujas en línea venosa.							

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPyBS

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

Carlos Benítez Torres
Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CON IVA
2	42161632-001	EQUIPO DE HEMODIALISIS	Detección de fuga (filtración) de sangre en el liquido de diálisis. Ultra filtración encendida / apagada. (opcional) Conductividad del liquido de diálisis. Temperatura del liquido de diálisis. (opcional) Velocidad de bomba de sangre. Flujo de liquido de diálisis. Comandos Ultra filtración encender/apagar. **Flujo de baño de diálisis 300 a 800 mmHg** Concentración de Bicarbonato. Concentración de Sodio. Flujo de Infusión de Bomba de heparina. Temperatura del baño. Conductividad del liquido de diálisis. Alarmas Las alarmas deben ser audibles y visuales. Falta de agua. Temperatura alta/baja. Posibilidad de silenciar temporalmente las alarmas sonoras. Detección de aire en la linea venosa. Detección de fuga de sangre. Presión arterial alta/baja. Presión venosa alta/baja. Conductividad alta/baja del liquido de diálisis. Falta de liquido de diálisis. Finalización del tratamiento de diálisis. Tiempo transcurrido (opcional). Corte de corriente electrica. Procedimiento de desinfección. Las máquinas deberán contar con mecanismos que permitan las desinfecciones térmica y química. Los liquidos desinfectantes deben estar aprobados por el M.S.P y B.S. Requerimientos de energía Alimentación principal: 220 V A.C ± 10 % / 50 Hz. Batería interna recargable Duración batería interna a carga máxima: 02 (dos) horas o más. Conmutación automática de fuente de alimentación. Cargador interno automático de bateria de respaldo. Otros requerimientos Temperatura de operación: 15 ºC a 35 ºC. Temperatura de almacenamiento: 0 ºC a 50 ºC. Humedad relativa ambiente: 15% a 95%. Idioma de los indicadores: Español. Además funciones de Alarmas, Indicaciones, Menús en Español, no parcialmente traducidas. Idioma- manuales de usuario: Español. Idioma-manuales técnicos: Español. Software en Español El equipo debe permitir la posibilidad de instalar un monitor de presión arterial no invasivo programable con la diálisis. El equipo debe permitir un monitoreo en tiempo real, de las condiciones de operación internas, por medio de gráficos y flujo en pantalla. El equipo debe permitir la posibilidad de actualización del software. Otros requisitos Las máquinas ofertadas deberán ser compatibles con el uso de cualquiera de las marcas de los liquidos de Hemodiálisis (Bicarbonato y Acetato) que se comercializan en el mercado nacional.	Unidad	Unidad	NIPRO	JAPÓN - USA - BRASIL - CHINA - TAILANDIA - INDONESIA	20	63.800.000	1.276.000.000
			MONTO TOTAL ADJUDICADO:							**1.276.000.000**

MONTO TOTAL ADJUDICADO IVA INCLUIDO: GUARANIES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES.-

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

Juan Carlos Báez Torres
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 74/2014 "ADQUISICIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EQUIPO DE HEMODIALISIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA" - I.D. N° 281.016.-

OFERENTE	ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% VARIACIÓN	PRECIO TOTAL CON IVA
PRECIO REFERENCIAL	**1**	**42161631-9999**	**SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*****	*****	**2**	**130.000.000**	*****	**260.000.000**
LA CASA DEL MÉDICO S.A.	1	42161631-9999	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	APPLIED MEMBRANES	USA	2	103.525.400	-20,37	207.050.800
INFOTEC S.A.	1	42161631-9999	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	APEMA	ARGENTINA	2	125.000.000	-3,85	250.000.000
VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	1	42161631-9999	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	NIPRO	JAPÓN - USA - BRASIL - CHINA - TAILANDIA - INDONESIA	2	209.000.000	60,77	418.000.000
BBRAUN MEDICAL S.A.	1	42161631-9999	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	2	NO COTIZA	-	-
SCARPE S.R.L.	1	42161631-9999	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	2	NO COTIZA	-	-
PRECIO REFERENCIAL	**2**	**42161632-001**	**EQUIPO DE HEMODIALISIS**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*****	*****	**22**	**54.000.000**	*****	**1.188.000.000**
VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	2	42161632-001	EQUIPO DE HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	NIPRO	JAPÓN - USA - BRASIL - CHINA - TAILANDIA - INDONESIA	22	63.800.000	18,15	1.403.600.000
SCARPE S.R.L.	2	42161632-001	EQUIPO DE HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	JIHUA MEDICAL APPARATUS - MODELO: JHM 2028 A	CHINCA	22	67.000.000	24,07	1.474.000.000
BBRAUN MEDICAL S.A.	2	42161632-001	EQUIPO DE HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	B BRAUN	ALEMANIA	22	85.000.000	57,41	1.870.000.000
LA CASA DEL MÉDICO S.A.	2	42161632-001	EQUIPO DE HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	22	NO COTIZA	-	-
INFOTEC S.A.	2	42161632-001	EQUIPO DE HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	22	NO COTIZA	-	-
PRECIO REFERENCIAL	**3**	**42192102-999**	**SILLON PARA HEMODIALISIS**	**UNIDAD**	**UNIDAD**	*****	*****	**22**	**5.000.000**	*****	**110.000.000**
VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.	3	42192102-999	SILLON PARA HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	NIPRO / WINCO	JAPÓN - USA - BRASIL - CHINA - TAILANDIA - INDONESIA	22	6.600.000	32,00	145.200.000
SCARPE S.R.L.	3	42192102-999	SILLON PARA HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	HOSPIMETAL - MODELO: HM2054 A	BRASIL	22	7.500.000	50,00	165.000.000
LA CASA DEL MÉDICO S.A.	3	42192102-999	SILLON PARA HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	BIONIC	ALEMANIA	22	27.808.000	456,16	611.776.000
INFOTEC S.A.	3	42192102-999	SILLON PARA HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	22	NO COTIZA	-	-
BBRAUN MEDICAL S.A.	3	42192102-999	SILLON PARA HEMODIALISIS	UNIDAD	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	22	NO COTIZA	-	-

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores y Nivel Central
DGOC - MSPYBS

JORGE JIMÉNEZ
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

Luis Carlos Benítez Torres
Abogado
Dirección General Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.