COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

INFORME DE REEVALUACIÓN		
NOMBRE DEL PROCESO	TIPO Y N°	ID
"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO COVID-19 – COBERTURA 24 MESES"	*LPN SBE Nº 19/23*	*421.557*
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN	LUGAR	FECHA Y HORA
• **Lic. Luis Espínola,** Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas, designado según providencia del Memorándum DLIC-DOC N° 471/23 de fecha 09/05/2023. • **Abg. Marco Giménez,** Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas, designado según providencia del Memorándum DLIC-DOC N° 107/23 de fecha 19/10/2023, en reemplazo de la Abg. Olivia Ruiz Diaz. • **Dra. Raquel Aguilar,** Representante de la Dirección de Red Nacional de Laboratorio, designada según providencia del Memorándum DLIC-DOC N° 472/23 de fecha 09/05/2023.	Asunción, Paraguay	30/10/2023 – 09:00 Hs.

1. ANTECEDENTES

Informe de evaluación y recomendación de adjudicación de fecha 24/08/2023.

Resolución de Adjudicación D.G.A.F. N° 201/2023 del 25/09/2023.

Nota del oferente INFOTEC S.A. de fecha 27/09/2023 por la cual solicita audiencia informativa y la rectificación del Informe de Evaluación. Se verifica que el oferente manifiesta que fue adjudicado en ítems donde no había presentado la totalidad de las documentaciones requeridas según las Notas DLIC N° 1058/2023 y 1082/2023, donde se peticionaron requisitos de la capacidad técnica y explicación de precios para los ítems 1 y 2.

Memorándum ASJT-DOC N° 720/2023 del 04/10/2023 por la cual se comunica el resultado de la audiencia informativa y se solicita correr traslado al comité de Evaluación de Ofertas.

Resolución DNCP N° 3.830/23 por la cual se ordena la apertura del procedimiento para la sustanciación de la protesta contra la adjudicación del ítem 3 y su consecuente respuesta del Comité, donde se manifestó realizar una reevaluación de las documentaciones presentadas.

Resolución DNCP N° 3.936/23 por la cual se anula adjudicación de los ítems 1 y 2 y retrotrae el proceso a etapa de evaluación.

Nota DNCP/DGAJ N° 12719/23 por el cual solicita informe sobre la denuncia realizada en el marco del procedimiento de contratación, referente a los ítems 4 y 5.

Teniendo en cuenta los antecedentes y el resultado de la audiencia informativa, este comité se reúne para rectificar el informe de evaluación, de acuerdo a lo manifestado por el oferente, siendo éste, el único tema a tratar, por lo que, los demás criterios y puntos del informe de evaluación inicial permanecen vigentes e invariables.

2. SOLICITUDES DE DOCUMENTOS Y ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS

En virtud a lo dispuesto por la Ley y su Decreto Reglamentario; el Comité de Evaluación ha considerado pertinente solicitar aclaraciones y documentaciones formales, respecto a la oferta presentada en los siguientes términos:

BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.	
Se solicita según Nota DLIC 778/2023	Respuesta
• Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1054/2023	
• Certificado Vigente que autoriza la inscripción y funcionamiento de la empresa importadora de reactivos para diagnósticos, emitido por el Laboratorio Central de Salud Pública del MSPyBS. • Constancia de inscripción del PDIV (productos para diagnóstico de uso In Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública. • Folletos, catálogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos para cada uno de los lotes ofertados en castellano. • Habilitación vigente de Servicio Técnico de equipos médicos emitido por el MSPBS según corresponda al producto ofertado. • Planilla de datos garantizados de cada ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	Presenta

Mg. QAM Dra. RAQUEL AGUILAR
Reg. Prof. 1105
Dirección Red Nacional de Laboratorio
DGSORS - MSPBS

Abg. Marco Giménez, Jefe

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Se solicita según Nota DLIC 850/2023	
• Copias de Contratos y/o facturaciones • Balance General y Estado de Resultados de los años 2019, 2020, 2021 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1083/2023	
• Explicación detallada de la composición de precios de los ítems N° 1, 2, 3, 4, 5, 6.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1083/2023	
• PARA EL ÍTEM N° 4: En atención al requerimiento del PBC: "Se solicita además que posean certificación CE-IVD o FDA": presentar la documentación que avale la certificación para los productos ofertados.	Presenta
TECNOFAST S.A.	
Se solicita según Nota DLIC 780/2023	Respuesta
• Certificado de Cumplimiento Tributario (**)	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1079/2023	
• Explicación detallada de la composición de precios de los ítems N° 6.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1056/2023	
• Constancia de inscripción del PDIV (productos para diagnóstico de uso In Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública.	Presenta
PROSALUD FARMA S.A.	
Se solicita según Nota DLIC 779/2023	Respuesta
• Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)	No Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1060/2023	
• Certificado Vigente que autoriza la inscripción y funcionamiento de la empresa importadora de reactivos para diagnósticos, emitido por el Laboratorio Central de Salud Pública del MSPyBS. • Constancia de inscripción del PDIV (productos para diagnóstico de uso In Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública. • Folletos, catálogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos para cada uno de los lotes ofertados en castellano. • Habilitación vigente de Servicio Técnico de equipos médicos emitido por el MSPBS según corresponda al producto ofertado. • Planilla de datos garantizados de cada ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	No Presenta
Se solicita según Nota DLIC 851/2023	
• Copias de Contratos y/o facturaciones	No Presenta
Se solicita según Nota DLIC 1078/2023	
• Explicación detallada de la composición de precios de los ítems N° 1, 2, 3, 5.	No Presenta
BIKO PARAGUAY S.A.	
Se solicita según Nota DLIC 1055/2023	
• Constancia de inscripción del PDIV (productos para diagnóstico de uso In Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública. • Folletos, catálogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos para cada uno de los lotes ofertados en castellano. • Planilla de datos garantizados de cada ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 852/2023	
• Copias de Contratos y/o facturaciones	Presenta
GT SCIENTIFIC S.A.	
Se solicita según Nota DLIC 1057/2023	
• Folletos, catálogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos para cada uno de los lotes ofertados en castellano. • Planilla de datos garantizados de cada ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	Presenta Parcialmente
Se solicita según Nota DLIC 1081/2023	
• Explicación detallada de la composición de precios de los ítems N°1, 3, 4, 5.	Presenta Parcialmente
Se solicita según Nota DLIC 222/2023	
• En atención al requerimiento del PBC: "Se solicita además que posean certificación CE-IVD o FDA": solicitar la documentación que avale la certificación para los productos ofertados.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 230/2023	
• En atención al requerimiento del PBC: "Programa de mantenimiento anual durante el tiempo que dure el contrato para los equipos en comodato": se solicita documentación que avale el cumplimiento este requisito para cada ítem ofertado.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 247/2023	
• Explicación detallada de la composición del precio ofertado del item N° 2.	Presenta
INFOTEC S.A.	
Se solicita según Nota DLIC 1058/2023	
• Constancia de inscripción del PDIV (productos para diagnóstico de uso In Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública. • Folletos, catálogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos para cada uno de los lotes ofertados en castellano. • Planilla de datos garantizados de cada ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	Presenta Parcialmente
Se solicita según Nota DLIC 1082/2023	
• Explicación detallada de la composición de precios de los ítems N°1, 2, 3, 4, 5, 6.	Presenta Parcialmente
Se solicita según Nota DLIC 223/2023	
• En atención al requerimiento del PBC: "Se solicita además que posean certificación CE-IVD o FDA": solicitar la documentación que avale la certificación para los productos ofertados.	Presenta Parcialmente
Se solicita según Nota DLIC 229/2023	
• En atención al requerimiento del PBC: "Programa de mantenimiento anual durante el tiempo que dure el contrato para los equipos en comodato": se solicita documentación que avale el cumplimiento este requisito para cada ítem ofertado.	Presenta Parcialmente
EUROQUIMICA S.A.	
Se solicita según Nota DLIC 1059/2023	
• Certificado Vigente que autoriza la inscripción y funcionamiento de la empresa importadora de reactivos para diagnósticos, emitido por el Laboratorio Central de Salud Pública del MSPyBS. • Constancia de inscripción del PDIV (productos para diagnóstico de uso In Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública. • Folletos, catálogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos para cada uno de los lotes ofertados en castellano.	Presenta

Mg. QAM Dra. RAQUEL AGUILAR
Reg. Prof 1105
Dirección Red Nacional de Laboratorio
DGGSRS - MSPBS

Abg. Marcc Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administrativa y Finanzas

Lic. Luis Espinola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

• Habilitación vigente de Servicio Técnico de equipos médicos emitido por el MSPBS según corresponda al producto ofertado. • Planilla de datos garantizados de cada ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	
Se solicita según Nota DLIC 1080/2023	
• Explicación detallada de la composición de precios de los ítems N° 1, 3, 4, 5.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 221/2023	
• En atención al requerimiento del PBC: "Se solicita además que posean certificación CE-IVD o FDA": solicitar la documentación que avale la certificación para los productos ofertados.	Presenta
Se solicita según Nota DLIC 231/2023	
• En atención al requerimiento del PBC: "Programa de mantenimiento anual durante el tiempo que dure el contrato para los equipos en comodato": presentar documentación que avale el cumplimiento este requisito para cada ítem ofertado.	Presenta Parcialmente

Obs: Según solicitud de Nota DLIC N° 1058/2023 y Nota DLIC N° 1082/2023 la firma INFOTEC S.A. presenta respuesta de manera parcial para los ítems 3, 4, 5 y 6 no así para los ítems N° 1 y 2.

Obs: Según solicitud de Nota DLIC 223/2023 la firma INFOTEC S.A. presenta respuesta de manera parcial para los ítems 5 y 6 no así para el ítem N° 1, 2, 3 y 4.

Obs: Según solicitud de Nota DLIC 229/2023 la firma INFOTEC S.A. presenta respuesta de manera parcial para los ítems 5 y 6 no así para los ítems N° 1, 2, 3 y 4 por lo tanto su oferta es desestimada para los ítems N° 1, 2, 3 y 4.

Obs: Según solicitud de Nota DLIC 1057/2023 y Nota DLIC N° 1081/2023 la firma GT SCIENTIFIC S.A. presenta respuesta de manera parcial para los ítems 1, 2 y 4 no así para los ítems N° 3 y 5 por lo tanto su oferta es desestimada para los ítems N° 3 y 5.

Obs: Según solicitud de Nota DLIC 231/2023 la firma EUROQUIMICA S.A. presenta respuesta de manera parcial para los ítems 1, 2, 3 y 4 no así para el ítem N° 5 por lo tanto su oferta es desestimada para el ítem N° 5.

Se aclara que, en este apartado no se realiza valoración alguna sobre el cumplimiento de las documentaciones requeridas, únicamente se detalla la presentación o no de una respuesta por parte del oferente.

3. VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR LAS FIRMAS PARTICIPANTES

Verificado el Cuadro Comparativo de Ofertas, los siguientes precios cotizados por las firmas oferentes no se ajustan a los rangos permitidos por la DNCP:

Oferentes	Ítem	Precio Unitario Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	% Var
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.	1	271.992	176.499	-35
	2	276.634	169.550	-39
	3	320.578	139.950	-56
	4	319.431	194.500	-39
	5	341.322	135.000	-60
	6	397.773	283.839	-29
EUROQUIMICA S.A.	1	271.992	162.000	-40
	3	320.578	139.950	-56
	4	319.431	195.000	-39
	5	341.322	133.750	-61
GT SCIENTIFIC S.A.	1	271.992	161.900	-40
	2	276.634	169.400 (*)	-39
	3	320.578	52.262	-84
	4	319.431	198.500	-38
	5	341.322	49.050	-86
INFOTEC S.A.	1	271.992	49.500	-82
	2	276.634	52.500	-81
	3	320.578	138.000	-57
	4	319.431	125.000	-61
	5	341.322	133.900	-61
	6	397.773	284.040	-29
PROSALUD FARMA S.A.	1	271.992	50.000	-82
	2	276.634	54.950	-80
	3	320.578	54.500	-83
	5	341.322	48.500	-86
TECNOFAST S.A.	6	397.773	265.130	-33

Los precios que se encuentran con una variación por debajo del referencial: es criterio de este comité que las firmas sean consideradas para proseguir con el análisis de los demás requisitos de calificación, arguyendo la satisfacción de las explicaciones presentadas por los oferentes con relación a la composición de sus costos, y en tal sentido el Comité de Evaluación concluye que los precios propuestos son ACEPTABLES, por evidenciar que los costos que componen cada precio son razonables y aplicables, dando cumplimiento así a las normativas legales vigentes que rigen la materia de Contrataciones Públicas, a la propia Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario, posibilitando de esta forma la obtención de economía en el costo de la satisfacción de la necesidad pública, sujetándose a la disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

MQ. BQM Dra. RAQUEL AGUILAR
Reg. Prof. 1105
Dirección Red Nacional de Laboratorio
DGDRS - MSPBS

Abg. Marcos Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

Lic. Luis Espinola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

Para los ítems 1 y 2 de la firma INFOTEC S.A., se aclara que el oferente no ha presentado la explicación de la composición de sus precios, requeridas según Nota DLIC N° 1082/23, por lo que, se RECHAZAN sus precios.

(*) Se verifica que en el Cuadro Comparativo incluido en el ANEXO I del informe de evaluación inicial, el precio ofertado por la firma GT SCIENTIFIC S.A. en el ítem 2 no se ajusta a lo indicado en la oferta, debido a un error involuntario se consignó 269.400 debiendo ser 169.400, de conformidad a la oferta presentada y al Acta de Sesión Pública Virtual, se anexa cuadro comparativo corregido.

4. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Que, de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones, se procede a la evaluación de las Documentaciones Técnicas, en cumplimiento del Decreto 2992/19 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE***, para la CONFORMIDAD DE LA OFERTA EVALUADA CON LAS BASES Y CONDICIONES, *las cuales fueron objeto de verificación por la Dra. Raquel Aguilar, representante Técnica del Comité Evaluador, conforme al ámbito de su competencia. En virtud del Art 63° del Decreto N° 2992/19* se expone en el siguiente cuadro el resultado de análisis de la oferta presentada:

REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD TÉCNICA	EUROQUIMICA S.A.	GT SCIENTIFIC S.A.	INFOTEC S.A.	BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.	BIKO PARAGUAY S.A.	TECNOFAST S.A.
Certificado Vigente que autoriza la inscripción y funcionamiento de la empresa importadora de reactivos para diagnósticos, emitido por el Laboratorio Central de Salud Pública del MSPyBS.	C. NOTA RESPUESTA	C FS. 10	C FS. 14	C. NOTA RESPUESTA	C FS. 33	C FS. 108
Constancia de inscripción del PDIV (productos para diagnóstico de uso In Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública.	C. NOTA RESPUESTA	C FS. 12	C. NOTA RESPUESTA	C. NOTA RESPUESTA	C. NOTA RESPUESTA	C. NOTA RESPUESTA
Folletos, catálogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos para cada uno de los lotes ofertados en castellano.	C. NOTA RESPUESTA	C. NOTA RESPUESTA	C. NOTA RESPUESTA	C. NOTA RESPUESTA	C. NOTA RESPUESTA	C FS. 48-54
Habilitación vigente de Servicio Técnico de equipos médicos emitido por el MSPBS según corresponda al producto ofertado.	C. NOTA RESPUESTA	C FS. 13	C FS. 17	C. NOTA RESPUESTA	C FS. 35	C FS. 110
Planilla de datos garantizados de cada ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.	C. NOTA RESPUESTA	C. NOTA RESPUESTA	C. NOTA RESPUESTA	C. NOTA RESPUESTA	C. NOTA RESPUESTA	C FS. 16

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ITEM	OFERENTES	PRECIOS OFERTADOS	RECOMENDACIÓN	SERVICIO BENEFICIARIO
ITEM 1	INFOTEC S.A.	49.500	No cumple, no presenta las documentaciones solicitadas vía nota.	CED
	PROSALUD FARMA S.A.	50.000	No cumple, no presenta las documentaciones solicitadas vía nota.	
	GT SCIENTIFIC S.A.	161.900	CUMPLE CON LAS EETT CON KIT DE DETECCION SARS COV 2, STAT NAT SARS COV2 Y KIT DE EXTRACCION SENTINEL DIAGNOSTICS STAT NAT Y EQUIPOS EN COMODATO PARA: EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS: Modelo y Marca: DAAgene Smart 32 Y TERMOCICLADOR: Modelo y Marca : CFX 96 Touch Real Time PCR Biorad	
ITEM 2	INFOTEC S.A.	52.500	No cumple, no presenta las documentaciones solicitadas vía nota.	HGBO
	PROSALUD FARMA S.A.	54.950	No cumple, no presenta las documentaciones solicitadas vía nota.	
	GT SCIENTIFIC S.A.	169.400	CUMPLE CON LAS EETT CON KIT DE DETECCION SARS COV 2, STAT NAT SARS COV2 Y KIT DE EXTRACCION SENTINEL DIAGNOSTICS STAT NAT Y EQUIPOS EN COMODATO PARA: EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS: Modelo y Marca: DAAgene Smart 32 Y TERMOCICLADOR: Modelo y Marca : CFX 96 Touch Real Time PCR Biorad	

Mg. QAM Dra. RAQUEL AGUILAR Reg. Prof. 1105 Dirección Red Nacional de Laboratorios DGDSAS - MSPBS

Abg. Marcel Giménez, Jefe Asesoría Jurídica Dirección General Administración y Finanzas

Lic. Luis Espínola, Jefe Sección Cumplimiento Contractual U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

ITEM	OFERENTES	PRECIOS OFERTADOS	RECOMENDACIÓN	SERVICIO BENEFICIARIO
ITEM 3	GT SCIENTIFIC S.A.	52.262	*No cumple, no presenta las documentaciones solicitadas vía nota.*	HR OVIEDO
	PROSALUD FARMA S.A.	54.500	*No cumple, no presenta las documentaciones solicitadas vía nota.*	
	INFOTEC S.A.	138.000	*No cumple, no presenta las documentaciones solicitadas vía nota.*	
	EUROQUIMICA S.A.	**139.950**	CUMPLE CON LA EETT CON KIT DE DETECCION SARS COV 2 Y EQUIPOS EN COMODATO PARA: SISTEMA DE PURIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS. Modelo y Marca: Purestar32, Lifotronic. Procedencia: CHINA. Y SISTEMA PCR EN TIEMPO REAL. Modelo y Marca: Genestar 96, Lifotronic, Procedencia CHINA	
ITEM 4	INFOTEC S.A.	125.000	*No cumple, no presenta las documentaciones solicitadas vía nota.*	HR ALTO PARANA
	BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.	**194.500**	CUMPLE CON LAS EETT CON KIT DE DETECCION SARS COV 2, VIASURE CERTEST SARS COV 2 REAL TIME PCR Y KIT DE EXTRACCION, KIT AN VIRAL NX 48 S Y EQUIPOS EN COMODATO PARA: EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS: Modelo y Marca: Genolution NEXTRACTOR NX 48 N Y TERMOCICLADOR: Modelo y Marca : QuanGene 9600 Bioer Technology	
ITEM 5	PROSALUD FARMA S.A.	48.500	*No cumple, no presenta las documentaciones solicitadas vía nota.*	HR ENCARNACION
	GT SCIENTIFIC S.A.	49.050	*No cumple, no presenta las documentaciones solicitadas vía nota.*	
	EUROQUIMICA S.A.	133.750	*No cumple, no presenta las documentaciones solicitadas vía nota.*	
	INFOTEC S.A.	**133.900**	CUMPLE CON LAS EETT CON KIT DE DETECCION SARS COV 2 Y EQUIPOS EN COMODATO PARA: EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS: Modelo y Marca: Genepure pro 32 Hangzhou Bioer Technology. Procedencia: CHINA. Y TERMOCICLADOR: Modelo y Marca: Guantgene 9600, Hangzhou Bioer Technology, Procedencia CHINA	
ITEM 6	TECNOFAST S.A.	265.130	*No cumple con las EETT solicitadas en el PBC en cuanto al tiempo máximo necesario para procesar la prueba de 45 minutos, se oferta un equipo con un tiempo máximo de procesamiento de la prueba de 60 minutos.*	HR SALTO DEL GUAIRA, HR CAAZAPA, HR FUERTE OLIMPO, HR PILAR, INCAN
	BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.	283.839	*No cumple, no presenta las documentaciones solicitadas vía nota.*	
	INFOTEC S.A.	**284.040**	CUMPLE CON LAS EETT DEL PBC. CARTUCHOS PARA DETECCION SARS COV 2 CON EQUIPO EN COMODATO Modelo y Marca: Genexpert, Xpert Xpress. Procedencia: USA	

Conforme a las Bases y Condiciones del llamado se procedió a verificar el cumplimiento de las capacidades técnicas y especificaciones técnicas, de acuerdo con los requisitos del PBC.

5. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los Artículos 26, 27 y 28 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y los Artículos 59 al 63 del Decreto Reglamentario N° 2992/15, *el Comité de Evaluación de Ofertas, Sugiere y Recomienda*:

a) RATIFICAR la recomendación anterior para el ítem 6, de acuerdo al acto administrativo anterior.

b) RECTIFICAR LA ADJUDICACIÓN DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5, en virtud a que las empresas oferentes cumplen con los requerimientos económicos, técnicos y con las especificaciones técnicas solicitadas; conforme al siguiente detalle:

GT SCIENTIFIC S.A.											
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total mínimo	Precio total máximo
1	41116130-9920	Kit de Detección por PCR	Determinación	KIT - JUEGO	10.000	20.000	SENTINEL	ITALIA	161.900	1.619.000.000	3.238.000.000
2	41116130-9920	Kit de Detección por PCR	Determinación	KIT - JUEGO	10.000	20.000	SENTINEL	ITALIA	169.400	1.694.000.000	3.388.000.000
MONTO TOTAL										3.313.000.000	6.626.000.000

MONTO TOTAL MÍNIMO: GUARANÍES TRES MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES. -

MONTO TOTAL MÁXIMO: GUARANÍES SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES. -

EUROQUIMICA S.A.

Mg. QAM Dra. RAQUEL AGUILAR
Reg. Prof. 1105
Dirección Nacional de Laboratorio
DGDRS - MSPBS

Abg. Mercc. Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE REEVALUACIÓN

EUROQUIMICA S.A.											
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total mínimo	Precio total máximo
3	41116130-9920	Kit de Detección por PCR	Determinación	KIT - JUEGO	10.000	20.000	LIFOTRONIC	CHINA	139.950	1.399.500.000	2.799.000.000
MONTO TOTAL										1.399.500.000	2.799.000.000

MONTO TOTAL MÍNIMO: GUARANÍES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL. -

MONTO TOTAL MÁXIMO: GUARANÍES DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES. -

BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.											
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total mínimo	Precio total máximo
4	41116130-9920	Kit de Detección por PCR	Determinación	KIT - JUEGO	10.000	20.000	VIASURE - CERTEST	ESPAÑA	194.500	1.945.000.000	3.890.000.000
MONTO TOTAL										1.945.000.000	3.890.000.000

MONTO TOTAL MÍNIMO: GUARANÍES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES. -

MONTO TOTAL MÁXIMO: GUARANÍES TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES. –

INFOTEC S.A.											
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario	Precio total mínimo	Precio total máximo
5	41116130-9920	Kit de Detección por PCR	Determinación	KIT - JUEGO	10.000	20.000	HANGZHOU BIOER TECHNOLOGY Co., Ltd	CHINA	133.900	1.339.000.000	2.678.000.000
6	41116130-9920	Kit de Detección por PCR	Determinación	KIT - JUEGO	12.500	25.000	CEPHEID	USA	284.040	3.550.500.000	7.101.000.000
MONTO TOTAL										4.889.500.000	9.779.000.000

MONTO TOTAL MÍNIMO: GUARANÍES CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL. -

MONTO TOTAL MÁXIMO: GUARANÍES NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES. –

RESUMEN DE LA RECOMENDACIÓN

Oferentes	Ítem	Monto Mínimo	Monto Máximo
GT SCIENTIFIC S.A.	1 y 2	3.313.000.000	6.626.000.000
EUROQUIMICA S.A.	3	1.399.500.000	2.799.000.000
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.	4	1.945.000.000	3.890.000.000
INFOTEC S.A.	5 y 6	4.889.500.000	9.779.000.000
MONTOS TOTALES		11.547.000.000	23.094.000.000

MONTO TOTAL MÍNIMO RECOMENDADO A ADJUDICAR: GUARANÍES ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES. -

MONTO TOTAL MÁXIMO RECOMENDADO A ADJUDICAR: GUARANÍES VEINTITRES MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES. -

Este informe concluye en fecha 09 de noviembre del 2023.

ES NUESTRO INFORME.

Abg. Marcc / Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

Mg. GAH Dra. RAQUEL AGUILAR
Reg. Prof. 1105
Dirección Red Nacional de Laboratorio
DGDRS - MSPBS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 19/2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DIAGNOSTICO COVID -19 - MSPYBS COBERTURA 24 MESES ID: 421557

								TECNOFAST S.A						GT SCIENTIFIC S.A.						INFOTEC S.A.					
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio referencial unitario	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	precio total mínimo	Precio total maximo	%var	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	precio total mínimo	Precio total maximo	%var	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	precio total mínimo	Precio total maximo	%var
1	41116130-9920	Kit de Detección por PCR	Determinación	KIT - JUEGO	271.992	10.000	20.000				-	-	-100	SENTINEL	ITALIA	161.900	1.619.000.000	3.238.000.000	-40	HANGZHOU BIOER TECHNOLOGY Co., Ltd	CHINA	49.500	495.000.000	990.000.000	-82
2	41116130-9920	Kit de Detección po	Determinación	KIT - JUEGO	276634	10.000	20.000				-	-	-100	SENTINEL	ITALIA	169.400	1.694.000.000	3.388.000.000	-39	HANGZHOU BIOER TECHNOLOGY Co., Ltd	CHINA	52.500	525.000.000	1.050.000.000	-81
3	41116130-9920	Kit de Detección po	Determinación	KIT - JUEGO	320578	10.000	20.000				-	-	-100	SENTINEL	ITALIA	52.262	522.620.000	1.045.240.000	-84	HANGZHOU BIOER TECHNOLOGY Co., Ltd	CHINA	138.000	1.380.000.000	2.760.000.000	-57
4	41116130-9920	Kit de Detección po	Determinación	KIT - JUEGO	319431	10.000	20.000				-	-	-100	SENTINEL	ITALIA	198.500	1.985.000.000	3.970.000.000	-38	HANGZHOU BIOER TECHNOLOGY Co., Ltd	CHINA	125.000	1.250.000.000	2.500.000.000	-61
5	41116130-9920	Kit de Detección po	Determinación	KIT - JUEGO	341322	10.000	20.000				-	-	-100	SENTINEL	ITALIA	49.050	490.500.000	981.000.000	-86	HANGZHOU BIOER TECHNOLOGY Co., Ltd	CHINA	133.900	1.339.000.000	2.678.000.000	-61
6	41116130-9920	Kit de Detección po	Determinación	KIT - JUEGO	397773	12.500	25.000	SD BIOSENSOR	SD BIOSENSOR	265.130	3.314.125.000	6.628.250.000	-33			-	-	-		CEPHEID	USA	284.040	3.550.500.000	7.101.000.000	-29
										Precio Total	**3.314.125.000**	**6.628.250.000**					**6.311.120.000**	**12.622.240.000**				**8.539.500.000**	**17.079.000.000**	

Abg. Marcc . Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

Mg. GAH Dra. RAQUEL AGUILAR
Reg Prof 1105
Dirección Nacional de Laboratorio
DGDSRS - MSPBS

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 19/2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DIAGNOSTICO COVID -19 - MSPYBS COBERTURA 24 MESES ID: 421557

								BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.						PROSALUD FARMA S.A.						BIKO PARAGUAY S.A.						EUROQUIMICA S.A.					
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio referencial unitario	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	precio total mínimo	Precio total maximo	%var	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	precio total mínimo	Precio total maximo	%var	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	precio total mínimo	Precio total maximo	%var	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	precio total mínimo	Precio total maximo	%var
1	41116130-9920	Kit de Detección por PCR	Determinación	KIT - JUEGO	271.992	10.000	20.000	VIASURE-CERTEST	ESPAÑA	176.499	1.764.990.000	3.529.980.000	-35	TIANLONG	CHINA	50.000	500.000.000	1.000.000.000	-82				-	-	-100	LIFOTRONIC	CHINA	162.000	1.620.000.000	3.240.000.000	-100
2	41116130-9920	Kit de Detección p	Determinación	KIT - JUEGO	276.634	10.000	20.000	VIASURE-CERTEST	ESPAÑA	169.550	1.695.500.000	3.391.000.000	-39	TIANLONG	CHINA	54.950	549.500.000	1.099.000.000	-80	HIMEDIA	INDIA	290.000	2.900.000.000	5.800.000.000	5	LIFOTRONIC	CHINA	218.500	2.185.000.000	4.370.000.000	-100
3	41116130-9920	Kit de Detección p	Determinación	KIT - JUEGO	320.578	10.000	20.000	VIASURE-CERTEST	ESPAÑA	139.950	1.399.500.000	2.799.000.000	-56	TIANLONG	CHINA	54.500	545.000.000	1.090.000.000	-83				-	-	-100	LIFOTRONIC	CHINA	139.950	1.399.500.000	2.799.000.000	-100
4	41116130-9920	Kit de Detección p	Determinación	KIT - JUEGO	319.431	10.000	20.000	VIASURE-CERTEST	ESPAÑA	194.500	1.945.000.000	3.890.000.000	-39				0	0	-100				-	-	-100	LIFOTRONIC	CHINA	195.000	1.950.000.000	3.900.000.000	-100
5	41116130-9920	Kit de Detección p	Determinación	KIT - JUEGO	341.322	10.000	20.000	VIASURE-CERTEST	ESPAÑA	135.000	1.350.000.000	2.700.000.000	-60	TIANLONG	CHINA	48.500	485.000.000	970.000.000	-86				-	-	-100	LIFOTRONIC	CHINA	133.750	1.337.500.000	2.675.000.000	-100
6	41116130-9920	Kit de Detección p	Determinación	KIT - JUEGO	397.773	12.500	25.000	RANDOX	REINO UNIDO	283.839	3.547.987.500	7.095.975.000	-29				-	-					-	-	-100				-	-	-100
										Precio Total	11.702.977.500	23.405.955.000					2.079.500.000	4.159.000.000					2.900.000.000	5.800.000.000					8.492.000.000	16.984.000.000	

Abg. Marce . Giménez, Jefe
Asesoría Jurídica
Dirección General Administración y Finanzas

Mg. GAH Dra. RAQUEL AGUILAR
Reg. Prof. 1105
Dirección Red Nacional de Laboratorio
DGDSRS - MSPBS

Lic. Luis Espinola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.