12. CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS:

Se verifican en detalle el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de los Ítems seleccionados como la oferta más baja, conforme a los criterios establecidos en el **Pliego de Bases y Condiciones, y en el Art. 61º - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta le Ley 2.051/03 De Contrataciones Públicas"**.

Teniendo en cuenta el Informe de Evaluación **EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** elaborado por la Dra. Ana María Álvarez, Jefa Interina del Servicio de Inmunología y la Dra. Herminia Pérez Martínez, Jefa del Dpto. de Laboratorio, representantes del Hospital Nacional de Itauguá, este Comité de Evaluación sugiere la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

EMPRESA: BIOANALISIS S.R.L. - RUC: 80024150-9

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
130	1	41116113-020	REACTIVO PARA DIAGNOSTICO DE EMBARAZO EN ORINA	Reactivo para diagnostico de embarazo en orina. Método Inmunocromatografico para determinar la presencia de la hormona beta gonadotrofina corionica humana (HCG)	Caja por 50 determinaciones o equivalente	Unidad	CYpress	Belgica	1	2	66.400	66.400	132.800
153	1	41122101-002	PLACA DE PETRI DESCARTABLE (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Descartables esteriles sin divisiones de 90 mm de diametro de base, de superficie lisa.	Unidades	Unidad	NIPRO	USA	50.000	100.000	712	35.600.000	71.200.000
202	1	42132203-001	Guantes de procedimiento. Mediano.(Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Quirurgico no esteril	Cajas por 100 unidades como mínimo	Cajas	NIPRO	USA	300	600	19.200	5.760.000	11.520.000
203	1	42132203-001	Guantes de procedimiento. Pequeño.(Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Quirurgico no esteril	Cajas por 100 unidades como mínimo	Cajas	NIPRO	USA	300	600	19.200	5.760.000	11.520.000
											MONTO TOTAL ADJUDICADO:	**47.186.400**	**94.372.800**

MONTO TOTAL MÍNIMO ADJUDICADO IVA INCLUIDO: GUARANIES CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS.-

MONTO TOTAL MÁXIMO ADJUDICADO IVA INCLUIDO: GUARANIES NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS.-

Dra. Ana María Álvarez Jara
Bioquímica - Reg. N° 964

Julio Cabañero
Bioquímico
Reg. Prof. Nº 1975

Dra. Herminia Pérez
Bioquímica R.P. Nº 46
Jefa de Dpto. Laboratorio
Hospital Nacional

Lic. Jorge Candozo M.
Dpto. Compras Medicos - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Dra. Ma. Carolina Carrillo
BIOQUIMICA
Reg. Prof. N° 967

EMPRESA: VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. - RUC: 80001446-4

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
5	1	41116015-9999	Alcohol Metílico P.A. (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Para análisis con el 99.9% de pureza, con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del país de origen	Frascos por 1000 ml como mínimo	Unidad	Merck	Alemania	100	200	54.000	5.400.000	10.800.000
6	1	41121510-004	Pipeta de eritrosedimentacion (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Micropipetas, de vidrio graduable de eritrosedimentación. Método chatas. Resistente al calor	Paquetes de 10 unidades como mínimo	Unidad	Superior Marinfield	Alemania	25	50	77.000	1.925.000	3.850.000
43	1	41113036-001	PLACA PARA VDRL (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Placas de vidrio planas para VDRL. Bordes en relieve por 12 pocillos cada uno	Unidad	unidad	Superior Marinfield	Alemania	15	30	55.000	825.000	1.650.000
102	1	41116130-077	Verde luz	Droga pura	Pote x 25 gr. O equivalente	Unidad	Merck	Alemania	1	2	880.000	880.000	1.760.000
127	1	41116130-128	CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIDAD (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Para autoclave temperatura 121 ° c. Ampollas con esporas de bacillus stearotermophilus.	Caja por 30 ampollas como mínimo	Unidad	Merck	Alemania	1	2	550.000	550.000	1.100.000
155	1	42292501-001	HISOPOS (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Hisopos Esteriles (Para el Hospital Nacional de Itaugua) Soporte de madera o plastico con algodón en el extremo, dispuestos en forma individual en bolsas, para uso ginecologico	Bolsas por 100 unidades o equivalente	bolsas	Sharlab	España	750	1.500	1.540	1.155.000	2.310.000
204	1	51102710-002	Alcohol Rectificado (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Frasco de 1 Litro	Frasco de 1 Litro como mínimo	Frascos	Lasca	Nacional	1.000	2.000	11.000	11.000.000	22.000.000
208	1	41121805-008	Laminas Esmeriladas (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Laminas de vidrio transparentes de 25 X 76 mm aproximadamente de largo, con borde esmerilado resistentes al calor	Caja por 50 láminas como mínimo	Caja	Superior Marinfield	Alemania	1.500	3.000	13.500	20.250.000	40.500.000
212	1	12191501-001	Acetona P.A. (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Reactivo liquido que posea cerca del 99.9% de pureza, con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del país de origen	Frasco de 1000 ml o equivalente	Frasco	Merck	Alemania	15	30	99.000	1.485.000	2.970.000

Dra. Ana Mª Martínez Jara
Bioquímica - Reg. Nº 964

Julio Cabañero
Bioquímico
Reg. Prof. Nº 1575

Lic. Jorge Carrozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Dra. Hermelina Pérez M
Bioquímica R.P. Nº 468
Jefe Dpto. Laboratorios
Hospital Nacional

Dra. Ma. Elizabeth Cardozo
BIOQUIMICA
Reg. Prof. Nº 967

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
213	1	51102710-001	Acetona Comercial (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Para limpieza de Tubos	Frasco de 1000 ml o equivalente	frasco	Lasca	Nacional	10	20	27.500	275.000	550.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO:												**43.745.000**	**87.490.000**
MONTO TOTAL MÍNIMO ADJUDICADO IVA INCLUIDO: GUARANIES CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL.-													
MONTO TOTAL MÁXIMO ADJUDICADO IVA INCLUIDO: GUARANIES OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL.-													

EMPRESA: TECNOFAST S.A. - RUC: 80013951-8

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
22	1	41121805-003	Lamina para inmunofluorecencia	LAMINA PARA DNA CON IMPRONTA DE CRITHIDIA LUCILAE METODO IFI.	unidad	Determinación	INOVA	USA	1.500	3.000	7.183	10.774.500	21.549.000
28	1	41116010-056	BABS pH 8,5	Buffer para realizar diluciones del conjugado p/Fta abs	Frasco e/ 100 a 125 mL	Unidad	BIOMERIEUX	FRANCIA	1	2	198.220	198.220	396.440
29	1	41116105-326	GLOBULINA ANTI IgM HUMANA PARA IFI (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Globulina de Cabra Anti IgM humana marcada con fluoresceina utilizada como conjugado en las reacciones inmunofluorescencia indirecta, con capacidad de uso en el trabajo en diluciones en 1:200.	FRASCO CUENTA GOTAS POR 1 cc como mínimo	Unidad	BIOMERIEUX	FRANCIA	1	2	1.030.260	1.030.260	2.060.520
30	1	41116010-051	GLOBULINA ANTI IgG HUMANA PARA IFI (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Globulina de Cabra Anti IgG humana marcada con fluoresceina utilizada como conjugado en las reacciones inmunofluorescencia indirecta, con capacidad de uso en el trabajo en diluciones en 1:200.	FRASCO CUENTA GOTAS POR 1 cc como mínimo	Unidad	BIOMERIEUX	FRANCIA	2	4	884.620	1.769.240	3.538.480

Dra. Ana [illegible] Bioquímica - Reg. Nº [illegible]

Julio [illegible]ero Reg. Prof. Nº 1675

Lic. Jorge Cardozo M. Dpto. Compras Menores - Nivel Central DGOC - MSPYBS

Dra. Hermilia Pérez M. Bioquímica R.P. Nº 468 Jefa de Dpto. Laboratorio Hospital Nacional

Dra. Ma. Elizabeth [illegible] BIOQUIMICA Reg. Prof. N° 967

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
36	1	41116002-997	REACTIVO PARA HIV (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Test rápido inmunocromatográfico para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 99%, con certificado de Calidad del pais de origen. Las muestras - sangre entera, suero o plasma- deben ser depositadas directamente en las tiras o casettes y de lectura visual. Debe incluir en cantidad suficiente buffer y capilares con el anticoagulante recomendado, para punción digital. Debe figurar en lista precalificada del 2012 de OMS/OPS.	CAJA X 20 CASETTES COMO MÍNIMO	Unidad	STANDARD DIAG.	KOREA	10	20	123.750	1.237.500	2.475.000
37	1	41113035-001	Tiras reactivas para Leishmaniasis. INMUNOCROMATOGRAFICO (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Para deterctar anticuerpos de leishmania en suero humano	unidad	Determinaciones	STANDARD DIAG.	KOREA	38	75	14.047	533.786	1.053.525
105	1	41116130-405	CALDO DE TODD HEWITT MAS ANTIBIOTICOS	Medio liquido utilizado para el enriquecimiento de Streptococcus agalatiae.	Tubos individuales de 9 ml. O equivalente	Unidad	BIOMERIEUX	FRANCIA	10	20	10.365	103.650	207.300
126	1	41116129-001	KIT PARA COLORACION DE GRAM (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Colorante utilizado para diferenciación de bacilos, cocos gram positivos y negativos	Kit contniendo 4 frascos como mínimo	Unidad	BRITANIA	ARGENTINA	15	30	63.492	952.380	1.904.760
129	1	41116113-014	TEST PARA SANGRE OCULTA (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Método Inmunocromatográfico. Reactivo para la detección de Hemoglobina en heces. Test individuales compuesto por 50 tubos, 50 casettes.	Caja x 50 test o equivalente	Unidad	STANDARD DIAG.	KOREA	10	20	304.260	3.042.600	6.085.200
131	1	41116105-529	REACTIVO PARA ROTAVIRUS (Método Inmunocromatográfico) (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Con controles negativos y positivos. Sensibilidad como mínimo 99% y especificidad como mínimo 98%.	Caja x 25 test. o equivalente	Cajas	STANDARD DIAG.	KOREA	15	30	420.640	6.309.600	12.619.200

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Julio Caballero
Bioquímico
Reg. Prof. Nº 1975

Dra. Ana Ma. Alvarez-Jara
Bioquímica
Reg. Nº 964

Bioquímica R.P. Nº 468
Jefa de Dpto. Laboratorios
Hospital Nacional

Encargado
Dpto. Documentación Contractual
BIOQUÍMICA
Reg. Prof. Nº 987

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
132	1	41116105-327	KIT PARA IDENTIFICACION DE BACTERIAS ANAEROBIAS (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Galerias conteniendo las pruebas bioquimicas para identificación de anaerobios con sus respectivos insumos y catalogo para su identificación.	Caja por 25 determinaciones, 25 galerias de incubación, 25 ampollas de medium, 25 hojas de resultados	cajas	BIOMERIEUX	FRANCIA	1	2	1.269.730	1.269.730	2.539.460
190	1	41106217-001	Sistema Unitario de incubacion para Microcerofilia	Generadores de atmósfera de anaerobios, para cultivo de gérmenes. Capacidad entre 3,5 y 3,5 litros.	Caja x 10 sobres o equivalente.	Unidad	BIOMERIEUX	FRANCIA	1	2	208.120	208.120	416.240
MONTO TOTAL ADJUDICADO:												56.578.882	113.143.717
MONTO TOTAL MÍNIMO ADJUDICADO IVA INCLUIDO: GUARANIES CINCUENTA Y SÉIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS.-													
MONTO TOTAL MÁXIMO ADJUDICADO IVA INCLUIDO: GUARANIES CIENTO TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE.-													

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Julio Caballero
Bioquímico
Reg. Prof. Nº 1975

Dra. Ana Ma. Alvarez Jara
Bioquímica
Reg. Nº 964

Dra. Herminia Pérez M.
Bioquímica R.P. Nº 468
Jefa de Dpto. Laboratorios
Hospital Nacional

Abg. Mario G. Martínez G.
Asesor Jurídico

Dra. Ma. Elizabeth Jiménez
BIOQUÍMICA
Reg. Prof. Nº 957

Abog. Julio Antonio Lezcano Rea
Encargado
Dpto. de Documentación Contractual
D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
31	1	41116105-578	IgG DENGUE (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Deteccion de Anticuerpo IgG para Dengue. Con Controles y Calibradores. Metodo ELISA de captura. Con capacidad de separar los pocillos y estabilidad comprobada de los componentes una vez abierta la caja. Con Vencimiento superior a 18 meses en el momento de la entrega, caso contrario presentar certificado de origen. Con posibilidad de canje por otro de vencimiento mas prolongado si fuese necesario. El laboratorio solicitara el canje con por lo menos 30 dias de anticipacion. Para la Adjudicación se tendrá en cuenta la recomendación de OPS/OMS.	unidad	Determinación	STANDARD DIAG.	KOREA	192	384	17.567	3.372.864	6.745.728
32	1	41116105-579	IgM DENGUE (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Deteccion de Anticuerpo IgM para Dengue. Con Controles y Calibradores. Metodo ELISA de captura. Con capacidad de separar los pocillos y estabilidad comprobada de los componentes una vez abierta la caja. Con Vencimiento superior a 18 meses en el momento de la entrega, caso contrario presentar certificado de origen. Con posibilidad de canje por otro de vencimiento mas prolongado si fuese necesario. El laboratorio solicitara el canje con por lo menos 30 dias de anticipacion. Para la Adjudicación se tendrá en cuenta la recomendación de OPS/OMS.	unidad	Determinación	STANDARD DIAG.	KOREA	720	1.440	17.567	12.648.240	25.296.480
35	1	41116002-047	Reactivo para HIV 1 y 2. Con equipo en comodato. (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Método Elisa. Cuarta generación (Ag/Ac combinado). Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 99,5%. El reactivo debera ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos. Equipo de Lector y Lavador de Elisa ´programables en comodato para el Laboratorio del Hospital Nacional de Itauguá. Ofertar incluido papel (resma cantidad necesaria) y tinta (1 tonner) para los repectivos informes. Con Vencimiento superior a 18 meses en el momento de la entrega, caso contrario presentar certificado de origen. Con posibilidad de canje por otro de vencimiento mas prolongado si fuese necesario. El laboratorio solicitara el canje con por lo menos 30 dias de anticipacion. Con experiencia de uso satisfactorio por el PRONASIDA de al menos 3 meses, o en su defecto evaluación previa satisfactoria de calidad por el Laboratorio de referencia del PRONASIDA en 200 muestras. Con certificado de calidad del país de origen. Mantenimiento preventivo y correctivo a cargo de la casa oferente.	unidad	Determinación	BIOMERIEUX	FRANCIA	2.304	4.608	5.698	13.128.192	26.256.384

Dra. Ana Ma. Alvarez Jara
Bioquímica - Reg. Nº 964

Julio Cacciavillano
Bioquímico
Reg. Prof. Nº 1575

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Dra. Hermelinda Pérez M.
Bioquímica R.P. Nº 468
Jefa de Dpto. Laboratorios
Hospital Nacional

Dra. Ma. Elizabeth
BIOQUÍMICA
Reg. Prof. Nº 987

EMPRESA: CHACO INTERNACIONAL S.A. - RUC: 80026564-5

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
10	1	41116127-018	ANTI MCV (VIMENTINA MUTADA CITRULINADA) (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Reactivos, Controles, Calibradores, Diluyentes e Insumos para determinaciones por EIA, con un equipo en Comodato. • Los equipos, accesorios y complementos deben ser de última generación (no mayor de cinco años), deben poseer microprocesadores, considerar el hardware pertinente (computadora, cableado, conectores, lector de código de barras, etiqueta de código de barra en cantidad suficiente para las determinaciones solicitadas, impresora láser, papel, tinta (tóner 4 por año) para impresora y capacidad de insertarse al sistema LIS ya existente en el laboratorio, cuyo costo corre por cuenta del proveedor. El Proveedor deberá garantizar la instalación eléctrica del equipo y en caso necesario deberá proveer los insumos necesarios (cables, tomas corriente, llaves tm, etc.) Capacidad de Lavado automático programable en nro. y cantidad. Ciclo del lavado con dispensación de reactivos. Lector de Elisa incluido con filtros 405, 450, 550 y 620 nm. Capacidad de procesamiento mínimo 2 placas de 96 determinaciones a la vez. Consumibles: Botellas, frascos, tubos para muestras, copillas o tubos adecuados en cantidad suficiente para cubrir el nro. de determinaciones totales solicitadas. • Los reportes deben ser emitidos en idioma español e imprimir los datos relativos al servicio, paciente y resultado de los análisis. • El proveedor debe garantizar el funcionamiento permanente del equipo, accesorio y complementos, en caso de fallas u	Unidad	Determinación	ORGENTEC	ALEMANIA	432	864	23.640	10.212.480	20.424.960
10	2	41116010-053	ANTI PMO (Para el Hospital Nacional de Itauguá)		Unidad	Determinación	ORGENTEC	ALEMANIA	576	1.152	23.640	13.616.640	27.233.280
10	3	41116010-052	ANTI PR3 (Para el Hospital Nacional de Itauguá)		Unidad	Determinación	ORGENTEC	ALEMANIA	576	1.152	23.640	13.616.640	27.233.280
10	4	41116010-016	TRANSGLUTAMINASA IgA (Para el Hospital Nacional de Itauguá)		Unidad	Determinación	ORGENTEC	ALEMANIA	288	576	23.640	6.808.320	13.616.640
10	5	41116010-9990	ANTIGENOS NUCLEARES EXTRACTABLES (Screening) (Para el Hospital Nacional de Itauguá)		Unidad	Determinación	ORGENTEC	ALEMANIA	336	672	23.640	7.943.040	15.886.080
10	6	41116105-308	DOSAJE DE ANTICUERPO ANTICARDIOLIPINA IgM (Para el Hospital Nacional de Itauguá)		Unidad	Determinación	ORGENTEC	ALEMANIA	288	576	23.640	6.808.320	13.616.640
10	7	41116105-308	DOSAJE DE ANTICUERPO ANTICARDIOLIPINA IgG (Para el Hospital Nacional de Itauguá)		Unidad	Determinación	ORGENTEC	ALEMANIA	288	576	23.640	6.808.320	13.616.640
10	8	41116010-004	ANTIC. ANTITIROGLOBULINA (TG) (Para el Hospital Nacional de Itauguá)		Unidad	Determinación	ORGENTEC	ALEMANIA	192	384	23.640	4.538.880	9.077.760
10	9	41116105-305	TPO. (ANTIC. ANTI TIROPEROXIDASA) (Para el Hospital Nacional de Itauguá)		Unidad	Determinación	ORGENTEC	ALEMANIA	528	1.056	23.640	12.481.920	24.963.840
10	10	41116105-9913	ANTIC. ANTI HISTONA (Para el Hospital Nacional de Itauguá)		Unidad	Determinación	ORGENTEC	ALEMANIA	96	192	23.640	2.269.440	4.538.880

Dra. Ana [illegible]
Bioquímica - Reg. Nº 964

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Dra. Hermania Pérez M.
Bioquímica R.P. Nº 463
Laboratorio

Dra. Ma. Elizabeth [illegible]
BIOQUIMICA
Reg. Prof. Nº 967

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
10	11	41116105-076	ANTIC. ANTI Jo - 1 (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	otras situaciones o eventos que pongan en peligro la continua prestación de los servicios y operatividad de los equipos, el proveedor deberá solucionar en un plazo no mayor de 24 hs de comunicada la ocurrencia, deberá reponer la pérdida de reactivos que se produzcan por razones inherentes al funcionamiento defectuoso del equipo. Si transcurren 24 horas de no solucionarse el problema, el proveedor deberá encargarse de remitir las muestras hasta ese momento tomadas a otro laboratorio de alta complejidad y entregar resultados en un plazo no mayor de 72 horas sin costo adicional para nuestro laboratorio ya que la cantidad de determinaciones serán descontadas de la entregas pendientes. • El proveedor debe disponer de más de un técnico responsable del mantenimiento preventivo y correctivo del/ los equipo /s. por 24 horas durante todo el año. • Los gastos y costos por servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y repuesto son responsabilidad del proveedor. • La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor quien tiene que efectuar una prueba de funcionamiento en presencia del responsable del área. • El proveedor deberá garantizar la capacitación oportuna de todos los profesionales y técnicos en todos los turnos involucrados en uso y mantenimiento de los equipos utilizados. • El oferente debe ofertar precio unico por determinación. • Para la adjudicación se tendrá en cuenta el historial del proveedor, como ser la provisión continua de reactivos, atención y respuesta de los reclamos en forma oportuna y el servicio	Unidad	Determinación	ORGENTEC	ALEMANIA	192	384	23.640	4.538.880	9.077.760
10	12	41116105-9912	ANTIC. ANTI RIB-P (Para el Hospital Nacional de Itauguá)		Unidad	Determinación	ORGENTEC	ALEMANIA	96	192	23.640	2.269.440	4.538.880
10	13	41116105-9911	ANTIC ANTI RNP/Sm (Para el Hospital Nacional de Itauguá)		Unidad	Determinación	ORGENTEC	ALEMANIA	192	384	23.640	4.538.880	9.077.760
10	14	41116105-9910	ANTIC. ANTI RNP-70 (Para el Hospital Nacional de Itauguá)		Unidad	Determinación	ORGENTEC	ALEMANIA	192	384	23.640	4.538.880	9.077.760
10	15	41116126-008	ANTIC ANTI Scl -70 (Para el Hospital Nacional de Itauguá)		Unidad	Determinación	ORGENTEC	ALEMANIA	192	384	23.640	4.538.880	9.077.760
10	16	41116010-003	ANTIC ANTI Sm (Para el Hospital Nacional de Itauguá)		Unidad	Determinación	ORGENTEC	ALEMANIA	192	384	23.640	4.538.880	9.077.760
10	17	41116126-003	Anti SS-a (Ro)		Unidad	Determinación	ORGENTEC	ALEMANIA	192	384	23.640	4.538.880	9.077.760
10	18	41116126-007	ANTIC. ANTI SS-B (Para el Hospital Nacional de Itauguá)		Unidad	Determinación	ORGENTEC	ALEMANIA	192	384	23.640	4.538.880	9.077.760
10	19	41116127-020	ANTIC. ANTI MEMBRANA GLOMERULAR BASAL (MGB) (Para el Hospital Nacional de Itauguá)		Caja x 96 Determinación como mínimo	Unidad	ORGENTEC	ALEMANIA	1	2	2.269.440	2.269.440	4.538.880

Dra. Ana Ma. Alvarez Jara
Bioquímica - Reg. Nº 964

Julio Cabrera
Bioquímico
Reg. Prof. Nº 1575

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Dra. Hermelita Pérez M.
Bioquímica - R.P. Nº 468
Jefa de Abastecimientos

Dra. Ma. Elizabeth Carrillo
BIOQUIMICA
Reg. Prof. Nº 967

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
				técnico preventivo y correctivo. Para el Lote 10 Ítem 1 - ANTI MCV (VIMENTINA MUTADA CITRULINADA), se podrá considerar como alternativa que se oferte Reactivo anti CCP.-									
											TOTAL OFERTADO LOTE 10:	121.415.040	242.830.080
25	1	41116010-005	Ag. Treponema Pallidum (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Laminas con improntas de Treponema pallidum	unidad	Determinación	WAMA	BRASIL	1.400	2.800	5.016	7.022.400	14.044.800
26	1	41116105-276	SORBENTE PARA FTA-ABS EXTRACTO DE TREPONEMA REITER (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Frascos con extracto de Treponema reiter	Frasco X 5 ml como mínimo	Unidad	WAMA	BRASIL	35	70	52.789	1.847.615	3.695.230
27	1	41116010-011	MEDIO DE MONTAJE PARA INMUNOFLUORESCENCIA (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Medio de montaje conteniendo	Frasco por 5 ml. O equivalente	Unidad	MBL BION	USA	35	70	69.300	2.425.500	4.851.000
33	1	41116130-391	ANTIGENO DENGUE (METODO INMUNOCROMATOGRAFICO)	Detección de Antigeno NS1, Ac. IgG, Ac. IgM para Dengue en muestras de suero o plasma con grado mas alto de sensibilidad y especificidad, capaz de detectar 4 serotipos de Dengue. Con experiencia previa satisfatoria en el Laboratorio Central LCSP por lo menos en el periodo de 1 año. Y/O recomención de OPS/OMS.	Unidad	Determinación	ACON/INBIOS	USA	800	1.600	19.470	15.576.000	31.152.000
38	1	41116130-130	FACTOR REUMATOIDEO (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Método aglutinación de latex, Reactivos con Controles Positivo y Negativo. Sensibilidad igual o inferior a 10 UI/ml o menos . Placas para la determinación.	CAJA X 100 DETERMINACIONES COMO MÍNIMO	UNIDAD	WAMA	BRASIL	15	30	59.000	885.000	1.770.000
40	1	41116105-370	VDRL Método Floculación (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Suspensión acuosa de Ag. Cardiolipina y Lecitina purificados, en buffer fosfatos con cloruro de colina y EDTA, de acuerdo a indicaciones de la OMS. Con controles positivos y negativos	FRASCO X 250 DETERMINACIONES COMO MÍNIMO	UNIDAD	WAMA	BRASIL	15	30	47.500	712.500	1.425.000
47	1	42292501-002	Hisopo con medio de transporte. KIT PARA TOMA Y TRANSPORTE DE ESPECIMENES VIRALES (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Consistente en 2 (dos) HISOPOS DE DACRON O FIBRA DE POLIESTER; con mango flexible de plástico estéril y 1 (un) MEDIO DE TRANSPORTE de 3 cc para especimenes virales en tubos de plástico conteniendo HEPES, gelatina, BSA, sacarosa y antibioticos compatibles; necesarios para evitar la	PAQUETE (2 HISOPOS Y 1 MEDIO DE TRANSPORTE)	Unidad	MEDICAL WIRE	REINO UNIDO	1.000	2.000	10.450	10.450.000	20.900.000

Dra. Ana M. Báez Jara
Bioquímica - Reg. Nº 964

Julio Caballero
Bioquímico
Reg. Prof. Nº 1575

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Dra. Hermelia Pérez M.
Bioquímica R.P. Nº 463
Jefa de Dpto. Laboratorios
Hospital Nacional

Dra. Ma. Elizabeth Caballero
BIOQUÍMICA
Reg. Prof. Nº 967

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
				desecacion de la muestra , viabilidad de los microorganismos y retardar el sobrecrecimiento bacteriano.									
88	1	41116011-989	AGAR CROMOGÉNICO (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Agar cromogenico (Para el Hospital Nacional de Itaugua) Medio deshidratado de cultivo Bacteriologico para diferenciar especies de Candida sp (Minimo 4 especies). Con sus respectivo suplemento si lo tiene.Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los medios para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	Pote x 500 gr. O equivalente	Unidad	LABORATORIO CONDA	ESPAÑA	1	2	3.080.000	3.080.000	6.160.000
128	1	42281806-001	Control en tiras para estufa (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Cinta utilizado en procesos de esterilización por calor seco.	Unidades	Unidades	KIMS	ARGENTINA	20	40	28.600	572.000	1.144.000
191	1	41121701-002	Tubos con Citrato de Sodio para Coagulación	Tubos con Citrato trisódico al 3,2 % o 109 mM. Tubos de plástico tapón celeste para un volumen de 3 ml	Unidad	Unidad	DVS	ARGENTINA	5.000	10.000	583	2.915.000	5.830.000
192	1	41121701-008	Tubo con anticoagulante (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Tubos con EDTA tripotásico, tapón lila, concentración de 1,5 a 2,o mg/ml. Tubos de plástico, tapon lila para un volumen de 1 ml	Unidad	Unidad	DVS	ARGENTINA	5.000	10.000	748	3.740.000	7.480.000
193	1	41116113-021	Microcontenedores con Anticoagulante (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Microcontenedor con Citrato de Sodio al 3,2 % o 109 mM. Microcontenedores de plástico color celeste marcados 400 y 800 ul de volumen	Unidad	Unidad	DVS	ARGENTINA	2.500	5.000	1.348	3.370.000	6.740.000
194	1	41116002-013	Microcontenedor con EDTA concentración de 1,5 a 2,0 mg/ml (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Microcontenedores de plástico color lila marcados 400 y 800 ul de volumen	Unidad	Unidad	DVS	ARGENTINA	2.500	5.000	1.287	3.217.500	6.435.000
195	1	41121701-003	Tubo de plastico	Tubos al vacio con Citrato de Sodio al 3,2 % o 109 mM. Tubos de plástico, medidas de 12 x 75 mm, tapon celeste para un volumen de 2,7 mm	Unidad	Unidad	DVS	ARGENTINA	5.000	10.000	583	2.915.000	5.830.000
198	1	42142609-001	Jeringas desechable con aguja (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Para Extracción de Sangre 5 cc. c/ Agujas removible de 21 G X 1 o 21 G X 1 1/2 Env. Ind. Esteril.	Unidad	Unidad	CONFFIDEL/LMP	CHINA	25.000	50.000	231	5.775.000	11.550.000

Dra. Ana M. Martínez Jara
Bioquímica - Reg. N° 964

Julio Caballero
Bioquímico
Reg. Prof. N° 1575

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Dra. Hermelinda Pérez M
Bioquímica R.P. Nº 468
Jefa de Dpto. Laboratorios
Hospital Nacional

Dra. Ma. Elizabeth Arrabella
BIOQUÍMICA
Reg. Prof. N° 967

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
199	1	42142609-001	Jeringas desechable con aguja (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Para Extracción de Sangre 10 cc. c/ Agujas removible de 21 G X 1 o 21 G X 1 1/2 Env. Ind. Esteril.	Unidad	Unidad	CONFFIDEL/LMP	CHINA	2.500	5.000	342	855.000	1.710.000
200	1	42142609-001	Jeringas desechable con aguja (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Para Insulina por 1 ml. Env. Ind. Esteril con aguja removible	Unidad	Unidad	MEDISPO/HBM GROUP	CHINA	2.500	5.000	280	700.000	1.400.000
221	1	41121607-001	Puntas desechables para pipetas automaticas (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Puntas desechables fabricadas en propileno de baja densidad, color neutro o blanco, con capacidad de ser autoclavadas (121 grados C), universales para pipeta automatica - Capacidad 2 - 200 ul. Deberan ser compatibles con las pipetas automaticas adjudicadas en esta licitacion	En Bolsas de 1000 unidades o equivalente	Bolsa	SHANGHAI CHANNELMED	CHINA	150	300	35.200	5.280.000	10.560.000
222	1	41121607-001	Puntas desechables para pipetas automaticas (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Puntas desechables fabricadas en propileno de baja densidad, color neutro, con capacidad de ser autoclavadas (121 grados C), universales para pipeta automatica - Capacidad 50 - 1000 ul. Deberan ser compatibles con las pipetas automaticas adjudicadas en esta licitacion	Bolsa de 500 Puntas o Cantidad o equivalente	Bolsa	SHANGHAI CHANNELMED	CHINA	175	350	35.200	6.160.000	12.320.000
225	1	41121701-005	Tubos de kham. (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	75 mm de largo y 12 mm de diámetro	Unidad	Unidad	DVS	ARGENTINA	25.000	50.000	152	3.800.000	7.600.000
227	1	41121701-003	Tubos de plastico. (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	NO estéril con tapa color rojo o amarillo. Fondo Rodondo, 13 x 75 mm. Capacidad 5 ml.	unidad	unidad	DVS	ARGENTINA	75.000	150.000	545	40.875.000	81.750.000
230	1	42312005-002	Campo adhesivo quirurgico	Tipo Antialergico con microporosidad 7,6 cm x 9,1 m	Unidad	Unidad	SHANGHAI CHANNELMED	CHINA	250	500	5.236	1.309.000	2.618.000
234	1	42311708-002	Bandas adhesivas (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	De 19 mm x 76 mm	caja x 35 unidades como mínimo	Cajas	SHANGHAI CHANNELMED	CHINA	250	500	5.390	1.347.500	2.695.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO:												246.245.055	492.490.110

MONTO TOTAL MÍNIMO ADJUDICADO IVA INCLUIDO: GUARANIES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO.-

MONTO TOTAL MÁXIMO ADJUDICADO IVA INCLUIDO: GUARANIES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIEZ.-

Dra. Ana Ma. Alvarez Jara
Bioquímica - Reg. Nº 964

Julio Galeano Romero
Bioquímico
Reg. Prof. Nº 1975

Dra. Mª Elizabeth Caballero
BIOQUÍMICA
Reg. Prof. Nº 1[illegible]

Dra. Hermenia Pérez M.
Bioquímica R.P. Nº 468
Jefa de Dpto. Laboratorios
Hospital Nacional

Lic. Jorge Candezo M.
Dpto. Compras Menores Nivel Central
DGOC - MSPYBS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

EMPRESA: CATÉTERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
159	1	42142531-003	Bolsa para desechos bacteriologicos (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	BOLSA AUTOCLAVABLES DE 100 LITROS DE CAPACIDAD CON SISTEMA DE CIERRE. Bolsa utilizado para desechar medios contaminados resistente a Autoclave.	Unidad	Unidad	2 MS	ARGENTINA	7.500	15.000	8.800	66.000.000	132.000.000
160	1	42142531-003	Bolsa para desechos bacteriologicos (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	BOLSA AUTOCLAVABLES DE 70/80 LITROS DE CAPACIDAD CON SISTEMA DE CIERRE. Bolsa utilizado para desechar medios contaminados resistente a Autoclave.	Unidad	Unidad	2 MS	ARGENTINA	7.500	15.000	6.500	48.750.000	97.500.000
161	1	42142531-003	Bolsa para desechos bacteriologicos (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	BOLSA AUTOCLAVABLES DE 40 LITROS DE CAPACIDAD CON SISTEMA DE CIERRE. Bolsa utilizado para desechar medios contaminados resistente a Autoclave.	Unidad	Unidad	2 MS	ARGENTINA	7.500	15.000	400	3.000.000	6.000.000
197	1	42142609-001	Jeringas desechable con aguja (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Para Extracción de Sangre 3 cc. c/ Agujas removible de 21 G X 1 o 21 G X 1 1/2 Env. Ind. Esteril.	Unidad	Unidad	SR	NACIONAL	25.000	50.000	250	6.250.000	12.500.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO:												**124.000.000**	**248.000.000**

MONTO TOTAL MÍNIMO ADJUDICADO IVA INCLUIDO: GUARANIES CIENTO VEINTICUATRO MILLONES.-

MONTO TOTAL MÁXIMO ADJUDICADO IVA INCLUIDO: GUARANIES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES.-

Dra. Ana M. Alvarez Jara
Bioquímica - Reg. Nº 964

Julio Caballero
Bioquímico
Reg. Prof. Nº 1575

Dra. Hermelinda Pérez
Bioquímica R.P. Nº 405
Jefa de Dpto. Laboratorios
Hospital Nacional

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Pablo
Dpto. de Dos
Contractual

Dra. Ma. Elizabeth
BIOQUÍMICA
Reg. Prof. Nº 967

R.P. Nº 987

EMPRESA: PRODUCTOS BIOLÓGICOS - CARLOS ASUNCIÓN VERA MELGAREJO - RUC: 950678-0

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
139	1	41116130-494	SANGRE DE CARNERO (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	El proveedor debera proveer 2 bolsas de 500 ml. Semanal con documento del control de esterilidad realizado por un Bioquímico Bacteriologo competente, dicho control deberá coincidir con el control de calidad interno realizado en el servicio de Microbiología del Hospital Nacional de Itauguá. En caso de no coincidir con el control de calidad interno el proveedor deberá reemplazar por otro volumen de sangre equivalente al igual que los insumos utilizados en la preparación del medio de cultivo. Se tendra en cuenta para la adjudicacion el precio y la calidad en la entrega segun el historial del proveedor que disponga el Laboratorio de Bacteriología del Hospital Nacional,	Bolsas de 500 ml como mínimo	litros	Productos Biológicos	Nacional	20	40	1.190.000	23.800.000	47.600.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO:												**23.800.000**	**47.600.000**
MONTO TOTAL MÍNIMO ADJUDICADO IVA INCLUIDO: GUARANIES VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS MIL.-													
MONTO TOTAL MÁXIMO ADJUDICADO IVA INCLUIDO: GUARANIES CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL.-													

EMPRESA: HOSPY IMPORT S.R.L. - RUC: 80067278-0

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
154	1	41121706-001	FRASCO ESTÉRIL PARA CULTIVO (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Frascos Esteriles (Para el Hospital Nacional de Itaugua) De plástico para cultivo, toma de muestras, volumen mínimo 50 ml.	Unidades	Unidad	RODAO	NACIONAL	35.000	70.000	715	25.025.000	50.050.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO:												**25.025.000**	**50.050.000**
MONTO TOTAL MÍNIMO ADJUDICADO IVA INCLUIDO: GUARANIES VEINTICINCO MILLONES VEINTICINCO MIL.-													
MONTO TOTAL MÁXIMO ADJUDICADO IVA INCLUIDO: GUARANIES CINCUENTA MILLONES CINCUENTA MIL.-													

Dra. Ana María Alvarez Jara
Bioquímica - Reg. N° 964

Julio Cantillero
Bioquímico
Reg. Prof. N° 1575

Dra. Hermelinda Pérez M
Bioquímica R.P. N° 468
Jefa de Dpto. Laboratorios
Hospital Nacional

Lic. Jorge Carrazo M.
Dpto. Compras Menores / Nivel Central
DGOC - MSPYBS

EMPRESA: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - RUC: 80008449-7

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
11	1	41115819-002	RUBEOLA IgM. METODO ELISA DE CAPTURA (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Método Elisa de Captura con controles positivos y negativos. Sensibilidad igual o superior a 97% y especificidad: 100 %. . Con posibilidad de cortar las tiras. Con protocolo para automatización.	unidad	Determinación	Diasorin	Italia	96	192	6.190	594.240	1.188.480
12	1	41115819-009	ANTI HAV - IgM (HEPATITIS A) (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Método Elisa con controles positivos y negativos. Con posibilidad de cortar las tiras. Con protocolo para automatización.	unidad	Determinación	Diasorin	Italia	96	192	10.800	1.036.800	2.073.600
13	1	41116105-274	HERPES 1 y 2 IgM REACTIVO (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Método Elisa con controles positivos y negativos. Con posibilidad de cortar las tiras. Con absorbente de IgG humana suficiente para la cantidad solicitada. Sensibilidad y especificidad 100%. Con protocolo para automatización.	unidad	Determinación	Diasource	Belgica	1.776	3.552	6.040	10.727.040	21.454.080
14	1	41116105-9888	Reactivo Varicela Zoster IgG (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Método Elisa con controles positivos y negativos. Con posibilidad de cortar las tiras. Con protocolo para automatización.	unidad	Determinación	Diasorin	Italia	192	288	13.300	2.553.600	3.830.400
15	1	41116105-9888	Reactivo Varicela Zoster IgM (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Método Elisa con controles positivos y negativos. Con posibilidad de cortar las tiras. Con protocolo para automatización.	unidad	Determinación	Diasorin	Italia	192	288	13.300	2.553.600	3.830.400
16	1	41116126-024	KITS - DETERMINACIÓN EPSTEIN BARR VIRUS (VCA) IgG (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Método Elisa con controles positivos y negativos. Con posibilidad de cortar las tiras. Con protocolo para automatización.	unidad	Determinación	Diasource	Belgica	192	288	6.040	1.159.680	1.739.520
17	1	41116126-024	KITS - DETERMINACIÓN EPSTEIN BARR VIRUS (VCA) IgM (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Método Elisa con controles positivos y negativos. Con posibilidad de cortar las tiras. Con protocolo para automatización.	unidad	Determinación	Diasource	Belgica	192	288	6.040	1.159.680	1.739.520
207	1	41103912-001	Cepillo Para Lavar Tubos (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Pequeño para lavar tubos de Kahn	Unidad	Unidad	Biotec	Paraguay	250	500	6.500	1.625.000	3.250.000

Lic. Jorge Candozo M.
Dpto. Compras Menores Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Dra. Ana M. Martínez Jara
Bioquímica - Reg. N° 864

Julio Ortellero
Bioquímico
Reg. Nº 1275

Dra. Hermenia Pérez M
Bioquímica R.P. Nº 468
Jefa de Dpto. Laboratorios
Hospital Nacional

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
217	1	41121511-001	Pipetas automaticas volumen fijo (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Fijo de 200 Microlitros. Con certificado de calidad de origen.	Unidad	Unidad	Accumax	India	2	3	290.000	580.000	870.000
218	1	41121511-001	Pipetas automaticas volumen fijo (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Fijo de 1000 Microlitros. Con certificado de calidad de origen.	Unidad	Unidad	Accumax	India	2	3	290.000	580.000	870.000
219	1	41121511-002	Pipeta Automática Graduable de Volumen Variable (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Graduable de 5 a 50 microlitros. Con certificado de calidad de origen.	Unidad	Unidad	Accumax	India	3	5	320.000	960.000	1.600.000
220	1	41121511-002	Pipeta Automática Graduable de Volumen Variable (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Graduable de 100 a 1000 microlitros. Con certificado de calidad de origen.	Unidad	Unidad	Accumax	India	3	5	320.000	960.000	1.600.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO:												**24.489.640**	**44.046.000**

MONTO TOTAL MÍNIMO ADJUDICADO IVA INCLUIDO: GUARANIES VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA.-

MONTO TOTAL MÁXIMO ADJUDICADO IVA INCLUIDO: GUARANIES CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL.-

Dra. Ana Coll... Jara
Bioquímica - Reg. N° 964

Julio Caballero
Bioquímico
Reg. Prof. N° 1575

Dra. Hermilia Pérez M.
Bioquímica R.P. N° 465
Jefa de Dpto. Laboratorios
Hospital Nacional

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPBS

Dra. Ma. Elizabeth Caballero
BIOQUIMICA
Reg. Prof. N° 987

Dra. Sara Ma. Alvarez Jara
Bioquímica - Reg. N° 964

EMPRESA: INFOTEC S.A. - RUC: 80021897-3

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
1	1	41116002-089	Kit determinacion para hemograma automatizado (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	El proveedor deberá entregar en comodato los siguientes equipos automatizados: 3 (tres) equipos automatizados para la realización de Hemograma y 2 (dos) equipos coloreadores de láminas: Sistema homogéneo, reactivos de la misma marca que el equipo. La cantidad de pruebas a ser realizadas es: • 143.000 determinaciones automatizadas de Hemograma y • 7.000 determinaciones automatizadas de Reticulocitos, de la misma muestra del Hemograma, sin intervención del operador.- • 150.000 determinaciones en Total Dos (2) equipos con capacidad de entre treinta (30) a cuarenta y cinco (45) parámetros como mínimo. Las determinaciones básicas que comprende son: • Recuento total de Glóbulos Blancos.- • Recuento diferencial de las 5 poblaciones; contaje relativo y absoluto de Neutrófilos, Linfocitos, Monocitos, Eosinófilos y Basófilos, Linfocitos reactivos, Células inmaduras, Células inmaduras Granulocíticas, Monocíticas y Linfocíticas.- • Recuento de G. Rojos, concentración de Hemoglobina, Hematocrito, Índices hematimétricos (MCV;MCH;MCHC: • Índice de distribución eritrocitaria IDE); • Recuento de Plaquetas y sus variaciones; MPV; PCT; IDP, • Contaje relativo y absoluto de Reticulocitos RETIC; • Contaje de Reticulocitos Corregido y sus variaciones IRF; MRV y Contaje relativo y absoluto de eritroblastos.	Unidad	Determinación	Horiba	Francia	75.000	150.000	7.250	543.750.000	1.087.500.000

Dra. Ana M. Villamayor Jara
Bioquímica - Reg. N° 964

Julio Cancellero
Laboratorio
Reg. Prof. N° 1075

Dra. Hermelia Pérez M
Bioquímica R.P. N° 468
Jefa de Dpto. Laboratorios
Hospital Nacional

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Dra. Ma. Elizabeth Carrilho
BIOQUÍMICA
Reg. Prof. N° 967

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
				Que procesen entre 80 y 120 muestras por hora (80 y 120 mxh) y utilización mínima de muestra sanguínea. • Con cargador y agitador de Racks de muestras por inversión de tubos (autosampler) incorporado dentro del equipo. • Con capacidad de procesamiento de muestras en modalidad de acceso aleatorio (Random Access). • Capacidad de procesamiento automático (tubo cerrado) y manual (tubo abierto). • Un (1) equipo (el tercer equipo) con capacidad de procesar 5 poblaciones diferenciales de glóbulos blancos, con capacidad de procesar veinte y seis (26) parámetros como mínimo y 60 muestras por hora como mínimo. • Recuento total de Glóbulos Blancos. • Contaje relativo y absoluto de Neutrófilos, Linfocitos, Monocitos, Eosinófilos, Basófilos, Células inmaduras, Linfocitos reactivos. • Recuento de G. Rojos RBC; concentración de Hemoglobina, Hematocrito; Indices hematimétricos (MCV;MCH;MCHC; • Indice de distribución eritrocitaria IDE); Recuento de Plaquetas PLT, MPV; PCT; PDW. • Los 3 equipos deben tener un rango de linealidad extendido, Glóbulos Blancos hasta 150 mil como mínimo. Glóbulos Rojos hasta 6 millones como mínimo, Plaquetas hasta 1 millón como mínimo. • Con análisis comparativo de resultados históricos de pacientes (delta check). • Almacenamiento de 10.000 pacientes con sus resultados completos, gráficos y archivos como mínimo. • Dilución automática de muestras. • Panel de teclado con visor de resultados. • Software en español, lector de código de barras, poseer puerto para conectarse a sistema informático y con impresión de resultados. • Módulo de Control de calidad con archivos ilimitados con conexión en tiempo real al sistema de Laboratorio LIS • Los 3 equipos deben poseer un Software de Hematología con capacidad de validación automática de resultados y ser bidireccionales para conectarse al Sistema Informático del Laboratorio (LIS) desde el inicio de la modalidad de comodato.-									

Bq. R.P. N° 987

Dra. Ana [illegible]
Bioquímica - Reg. N° 964

Julio [illegible]
Bioquímico
Reg. Prof. N° 1975

Dra. Hermelinda Pérez M.
Bioquímica - R.P. N° 408
Jefa de Dpto. Laboratorio
Hospital Nacional

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Abog. [illegible] Fernandez Rea
Director
Dpto. de Dirección de Gestión Contractual

Dra. Ma. Elizabeth Caraibella
BIOQUÍMICA
Reg. Prof. N° 967

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
				Igualmente, deberá proveer en comodato 2 (dos) equipos coloreadores de lámina con todos los insumos y reactivos que necesita, con capacidad como mínimo de treinta (30) láminas. Considerar consumo de insumos y reactivos para 200.000 láminas y su respectivo mantenimiento preventivo y correctivo.- • Queda a cargo del Proveedor el costo de la interfase, debiendo contemplarse para el sistema LIS 3 computadoras con sus impresoras laser y 2 con lector y etiquetador de códigos de barras, todos los equipos y accesorios requeridos para el funcionamiento del mismo, computadoras, ups, etiquetadoras, impresoras láser, papel térmico para códigos de barra etc. • Deben contar con Manual de Instrucciones en idioma español o traducido al español si estuviere en otro idioma. • Los tres equipos y sus accesorios y complementos deben ser de última generación no mayor de tres (3) años con documentos que lo acrediten; los documentos deberán ser entregados junto con los equipos, deben poseer microprocesadores, considerar el harward pertinente (computadora, cableado, conectores, accesorios, impresoras láser, papel para impresión de resultados para el total de determinaciones, tóner durante todo el periodo del comodato y otros. Los reportes deben ser emitidos en idioma español e imprimir además del resultado, los datos demográficos del paciente.-• La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor, quién debe chequear previamente la instalación eléctrica (condición de uso para 220 voltios AC, entre 50 – 60 MHZ), además de contar con los accesorios y/o complementos pertinentes para soportar posibles variaciones de voltaje UPS para cada equipo; y sistema de eliminación de residuos (cañerías de desagüe) del Laboratorio del HNI, para su adecuación de acuerdo al equipo.- • Se deberá efectuar una prueba de funcionamiento en presencia del responsable del área para la conformidad correspondiente del servicio.- • En caso de desperfecto o falla de cualquiera de los equipos, la empresa debe proveer un equipo de contingencia que realice las mismas determinaciones con el mismo método, o con un método alternativo con la misma sensibilidad y especificidad con los respectivos reactivos.-									

Dra. Ana María Jara
Bioquímica - Reg. N° 264

Julio Rodríguez
Bioquímico
Reg. Prof. N° 1575

Dra. Herminia Pérez M
Bioquímica R.P. Nº 468
Jefa Dpto. Laboratorios
Hospital Nacional

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Dra. Ma. Elizabeth Troibetta
BIOQUIMICA
Reg. Prof. N° 367

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
				El servicio no se suspenderá por ningún motivo.- • Soporte, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.- • Servicio técnico permanente las 24 horas del día (con sistemas de guardia para turnos nocturnos, dominicales y feriados, informado por escrito a la Jefatura de Servicio).- • El proveedor debe garantizar el funcionamiento permanente de los equipos, accesorios y complementos; en caso de fallas el tiempo estipulado entre la denuncia telefónica a un número de línea baja a la empresa o al técnico del desperfecto del equipo y la presencia del técnico en el laboratorio no debe exceder en ningún caso más de doscientos cuarenta (240) minutos (4 horas) previo cumplimiento del protocolo de trabajo. • El proveedor debe disponer de un Profesional Bioquímico y/o un Técnico capacitado para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. • Capacitación y adiestramiento a los profesionales del Laboratorio del Hospital Nacional de Itauguá, en el manejo de equipos todo el tiempo requerido, y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel. Los gastos y costos por servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y de reparación son responsabilidad del proveedor. • El Servicio debe incluir reactivos, controles de 3 niveles diarios Alto, Normal y Bajo a ser pasados 2 veces por día por cada equipo, (cada juego de controles se usan por 5 días aproximadamente), calibradores (cada 3 o 6 meses, y según necesidad), que serán proveídos todo el tiempo que dure el comodato con fechas de vencimiento adecuados, deberá incluirse dentro del costo por determinación. • Se deberá proveer además los controles para la determinación de los reticulocitos automatizado, durante todo el tiempo que dure el comodato y con fechas de vencimiento adecuados.-									

Dra. Ana Ma. Alvarez Jara
Bioquímica - Reg. N° 964

Julio Cabrillero
Bioquímico
Reg. Prof. Nº 1675

Dra. Hermelina Pérez M.
Bioquímica R.P. Nº 466
Jefa de Dpto. Laboratorio
Hospital Nacional

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Dpto. de Control Contractual
D.G.O.C.

Dra. Ma. Elizabeth Ramirez
BIOQUÍMICA
Reg. Prof. N° 967

R.P. N° 987

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
				Para reactivos que tengan fechas de vencimientos cortos se elaborará un cronograma de entrega en conjunto con la Jefatura de Servicio, para ser cumplido de modo que no exista falta de reactivos y se entreguen con fechas de vencimientos adecuados, insumos, racks, tubos al vacío con anticoagulante EDTA de 2ml o adaptados al sistema para el modo cerrado del equipo: equivavlente a la cantidad de Hemograma solicitado. Diluyentes, detergentes, buffer y complementos de limpieza respectivos, para la totalidad de determinaciones solicitadas 150.000 determinaciones.• El oferente deberá presentar una suscripción a un Programa de Control de Calidad Externo de una entidad acreditada, este deberá ser presentado dentro de los tres meses después de haber sido adjudicada la empresa, de ser posible que el propio equipo sea programado para el contaje efectivo de Hemogramas, sin incluir controles y calibradores. • El Proveedor se responsabilizará de la entrega de los datos de las muestras control, recopilación y envios de los resultados y de entregar las evaluaciones correspondientes. • Cada equipo debe incluir un Homogeneizador o agitador rotativo de tubos, (en caso de que el homogeinizador no esté incorporado dentro del equipo) para entre 20 a 25 tubos como mínimo al vacío, con velocidad regulable de 8 - 28 r.p.m. como minimo. • Se verificará el rendimiento real de los reactivos para el contaje de las determinaciones, según planilla de determinaciones del Servicio y no según el consumo teórico, esta verificación se hará entre la jefatura de Servicio y el Bioquímico encargado por parte de la empresa. • Para la oferta el proveedor deberá acudir al laboratorio del HNI a fin de visualizar el lugar a colocar los equipos y realizar el levantamiento de necesidades para la instalación y puesta en marcha, para incluir todo dentro de la oferta.El Departamento de Laboratorio tendrá documentado el cumplimiento de todos los servicios del Proveedor durante el periodo de duración del Comodato y este informe será un documento base para la siguiente licitación.									

Dra. Ana Ma. Mayer Jara
Bioquímica - Reg. Nº 964

Dra. Hermenia Pérez C.
Bioquímica R.P. Nº 466
Jefa de Dpto. Laboratorio
Hospital Nacional

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Dra. Ma. Elizabeth Carabella
BIOQUÍMICA
Reg. Prof. Nº 967

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
2	1	41116128-011	Reactivo para la determinacion de crasis sanguinea (Para el Hospital Nacional de Itauguá)	Reactivos para las determinaciones de crasis sanguínea automatizada, que deberá incluir la siguiente lista:- Tiempo de Protrombina (TP) con ISI: 0,90 - 1,25 (para el método automatizado): 67.600 determinaciones.-- Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPA) debe incluir Cloruro de Calcio, concentración 0,02 - 0,025 Mol: 67.600 determinaciones.-- Fibrinógeno: 5.000 determinaciones.-- Dimero D con un valor predictivo negativo del 100%: 3.000 determinaciones.-- Tiempo de Trombina: 2.000 determinaciones.-Factores de Coagulación- Factor II: 300 determinaciones.- Factor V: 300 determinaciones.- Factor VII: 300 determinaciones .- Factor VIII: Coagulativo: 600 determinaciones y Cromogénico: 100 determinaciones- Factor IX: 600 determinaciones.- Factor X: 200 determinaciones.- Factor XI: 200 determinaciones.- Factor XII: 200 determinaciones.- Factor de Von Willebrand: 100 determinaciones.- Antitrombina III: 500 determinaciones.- Proteína C: 500 determinaciones.- Proteína S: 600 determinaciones- Resistencia a la Proteína C Reactiva (APCR): 200 determinaciones. -Anticoagulante Lúpico para Screening y confirmación: 100 determinaciones. El equipo deberá tener además la capacidad de realizar Fibrinógeno de Clauss y Fibrinógeno derivado del TP. Todos los Reactivos, Controles, Calibradores e insumos deberán ser de la misma marca que el equipo. (Sistema homogéneo) El proveedor deberá proveer dos (2) equipos Coagulímetros totalmente automatizados en comodato para pruebas de rutina y pruebas diagnósticas.Que utilice métodos coagulimétricos, cromogénicos e inmunológicos, control de calidad automático integrado, calibración automática para cada determinación y según método, base de datos para el paciente, base de datos de Control de Calidad, capacidad de archivo de datos de pacientes, curvas de calibración y controles, capacidad de trabajar en Randon Acces (perfiles) y test simples, autodilución de las muestras y de las calibraciones, capacidad de Interfase bidireccional al LIS existente en el laboratorio.	Unidad	Determinación	Intrumentation Laboratory	Usa	75.000	150.000	7.800	585.000.000	1.170.000.000

Dra. Ana Martínez Jara
Bioquímica - Reg. N° 864

Jesús Espinolero
Bioquímico
Reg. Prof. N° 1575

Dra. Hortensia Pérez
Bioquímica R.P. Nº 435
Jefa de Dpto. Laboratorio
Hospital Nacional

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Dra. Ma. Elizabeth Cabella
BIOQUÍMICA
Reg. Prof. N° 967

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
				Los dos equipos deben tener el plato de muestras con capacidad para 40 muestras como mínimo (para tubos primarios y cubetas), calibración memorizada, teclado alfanumérico, identificación de la muestra mediante lector de código de barras, impresión de informes con encabezamiento configurable y automática. Con capacidad de procesar TP mayor a 170 test/hora y TTPA mayor a 100 test/hora como mínimo. Deben permitir la carga contínua de muestras, reactivos y consumibles, además de muestras urgentes y con Mantenimiento diario menor a 10 minutos.Cada equipo debe poseer la capacidad de archivo de curvas de calibración de cada parámetro. Todos los equipos deben contar con Manual de Instrucciones en idioma español o traducido al español si estuviere en otro idioma.Uno de los equipos debe ser nuevo sin uso previo y el otro equipo, sus accesorios y complementos deben ser de última generación no mayor de tres (3) años de uso con documentos que lo acrediten, deben poseer microprocesadores, considerar el harward pertinente (computadora, cableado, conectores, accesorios, impresoras láser, papel, tóner, etiquetas para codigos de barras y otros) y el software de funcionamiento en idioma español, almacenamiento y enlace.Incluir el costo de interfase para conección al LIS existente en el Laboratorio junto con el hardware.Los reportes deben ser emitidos en idioma español e imprimir además del resultado, los datos demográficos del paciente.La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor, quien debera acercarse al laboratorio del HNI para chequear previamente la instalación eléctrica (condición de uso para 220 voltios AC, entre 50 – 60 MHZ), además de contar con los accesorios y/o complementos pertinentes para soportar posibles variaciones de voltaje UPS para cada equipo; y sistema de eliminación de residuos (cañerías de desagüe) del Laboratorio del HNI, para su adecuación de acuerdo al equipo.									

Dra. Ana M. Báez J.
Bioquímica - Reg. Nº 864

Bioquímico
Reg. Prof. Nº 1675

Reg. Prof. Nº 987

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Dra. Ma. Elizabeth Caballero
BIOQUÍMICA
Reg. Prof. Nº 967

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
				Todo lo necesario para la instalación deberá estar incluido dentro de la propuesta por determinación.Se deberá efectuar una prueba de funcionamiento en presencia del responsable del área para la conformidad correspondiente del servicio.En caso de fallas de los equipos, la empresa debe proveer un equipo de contingencia que realice las mismas determinaciones con el mismo método, o con un método alternativo con la misma sensibilidad y especificidad con los respectivos reactivos.El servicio no se suspenderá por ningún motivo.El servicio debe incluir los equipos, reactivos, controles normal y patológico diarios a realizarse (2 veces por día), de la misma marca o independientes de 3ra. opinión, calibradores (para cada determinación que lo requiera según necesidad), insumos, cubetas, rotores, etc. para la totalidad de las determinaciones solicitadas, soporte, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.Servicio técnico permanente las 24 horas del día (con sistemas de guardia para turnos nocturnos, dominicales y feriados, informado por escrito a la Jefatura de Servicio).El proveedor debe garantizar el funcionamiento permanente de los equipos, accesorios y complementos; en caso de fallas el tiempo estipulado entre la denuncia telefónica a un número de la empresa o al técnico, del desperfecto del equipo y la presencia del técnico en el laboratorio no debe exceder más de doscientos cuarenta (240) minutos (4 horas), previo cumplimiento del protocolo de trabajo.El proveedor debe disponer de un Profesional Bioquímico y/o un Técnico capacitado para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.									
				Garantía y repuestos por el tiempo estipulado para la utilización de los mismos, de forma que no haya interrupción del servicio en ningún caso.Capacitación y adiestramiento a los profesionales del Laboratorio del Hospital Nacional de Itauguá, en el manejo de equipos todo el tiempo requerido, y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel. El oferente deberá presentar una suscripción a un Programa de Control de Calidad Externo de una entidad acreditada, este deberá ser presentado dentro de los tres meses después de haber sido adjudicada la empresa. El Proveedor se responsabilizara de la entrega de los datos de las muestras control, recopilacion y envios de los resultados y de entregar las evaluaciones correspondientes.Los gastos y costos por servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, de reparación, de									

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPBS

Dra. Ana [illegible] Jara
Bioquímica - Reg. N° 264

Julio [illegible]
Bioquímico
Reg. Prof. N° 1975

Dra. Ma. Elizabeth Ca[illegible]
BIOQUIMICA
Reg. Prof. N° 967

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
				ingreso al LIS y su soporte técnico son responsabilidad del proveedor.El oferente deberá presentar su propuesta considerando el precio unitario por determinación. El Departamento de Laboratorio tendrá documentado el cumplimiento de todos los servicios del Proveedor durante el periodo de duración del Comodato y este informe será un documento base para la siguiente licitación.									
34	1	41116102-001	Reactivo para confirmación de VIH 1.2	Método Western Blot para confirmación de VIH-1 y banda indicadora de probable infección por VIH 2. DEBE INCLUIR CESION DE APAROTOLOGIA EN COMODATO PARA INCUBACION Y LAVADO, INSTALACION Y MANTENIMIENTOS PERIODICOS . Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 99,5%. Con experiencia de uso satisfactorio por el PRONASIDA de al menos 3 meses, o en su defecto evaluación previa satisfactoria de calidad por el Laboratorio de referencia del PRONASIDA en 200 muestras. Con certificado de calidad del país de origen.	Unidad	Determinación	Biorad	Francia	45	90	183.000	8.235.000	16.470.000
49	1	41116131-039	Disco de Antibiotico Meropenem 10 ug (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Disco de Antibiotico Meropenem de 10 ug. Discos impregnados de antibioticos para la realizacion de antibiograma, escrito las siglas del antibiotico en ambos lados del disco. Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los discos para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	Cart. x 50 discos. o equivalente	Unidad	Oxoid	Inglaterra	30	60	18.000	540.000	1.080.000
50	1	41116131-031	Disco de Antibiotico Clindamicina 2 ug. (Para e l Hospital Nacional de Itaugua)	Disco de Antibiotico Clindamicina de 2 ug. Discos impregnados de antibioticos para la realizacion de antibiograma, escrito las siglas del antibiotico en ambos lados del disco. Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los discos para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	Cart. x 50 discos. Como minimo	Unidad	Oxoid	Inglaterra	10	20	18.000	180.000	360.000
51	1	41116131-034	Disco de Antibiotico Eritromicina 15 ug. (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Disco de Antibiotico Eritromicina de 15 ug. Discos impregnados de antibioticos para la realizacion de antibiograma, escrito las siglas del antibiotico en ambos lados del disco. Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los discos para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	Cart. x 50 discos. Como minimo	Unidad	Oxoid	Inglaterra	5	10	18.000	90.000	180.000

Dra. Ana Rosa Jara
Bioquímica - Reg. N° 864

Lic. Cancillero
Bioquímico
Reg. Prof. N° 1575

Dra. Hermilia Pérez M.
Bioquímica R.P. N° 468
Jefa de Dpto. Laboratorios
Hospital Nacional

Lic. Jorge Cordozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Dra. Ma. Elizabeth Caballero
BIOQUÍMICA
Reg. Prof. N° 967

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
52	1	41116131-075	Disco de Antibiotico Ertapenem de 10 ug. (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Disco de Antibiotico de Ertapenen de 10 ug.. Discos impregnados de antibioticos para la realizacion de antibiograma, escrito las siglas del antibiotico en ambos lados del disco. Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los discos para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	Cart. x 50 discos. Como minimo	Unidad	Oxoid	Inglaterra	5	10	18.000	90.000	180.000
53	1	41116131-055	Disco de Antibiotico Penicilina 10 ug. (para el Hospital Nacional de Itaugua)	Disco de Antibiotico de Penicilina de 10 ug . Discos impregnados de antibioticos para la realizacion de antibiograma, escrito las siglas del antibiotico en ambos lados del disco. Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los discos para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	Cart. x 50 discos. Como minimo	Unidad	Oxoid	Inglaterra	5	10	18.000	90.000	180.000
54	1	41116131-057	Disco de Antibiotico Piperacilina/Tazobactam de 110 ug . (para el Hospital Nacional de Itaugua)	Disco de Antibiotico de Piperacilina/Tazobactam de 110 ug . Discos impregnados de antibioticos para la realizacion de antibiograma, escrito las siglas del antibiotico en ambos lados del disco. Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los discos para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	Cart. x 50 discos. Como minimo	Unidad	Oxoid	Inglaterra	5	10	18.000	90.000	180.000
55	1	41116131-056	Disco de Antibiotico Piperacilina de 100 ug . (para el Hospital Nacional de Itaugua)	Disco de Antibiotico de Piperacilina de 100 ug . Discos impregnados de antibioticos para la realizacion de antibiograma, escrito las siglas del antibiotico en ambos lados del disco. Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los discos para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	Cart. x 50 discos. Como minimo	Unidad	Oxoid	Inglaterra	5	10	18.000	90.000	180.000
56	1	41116131-059	Disco de Antibiotico Rifampicina de 5 ug . (para el Hospital Nacional de Itaugua)	Disco de Antibiotico de Rifampicina de 5 ug . Discos impregnados de antibioticos para la realizacion de antibiograma, escrito las siglas del antibiotico en ambos lados del disco. Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los discos para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser	Cart. x 50 discos. Como minimo	Unidad	Oxoid	Inglaterra	5	10	18.000	90.000	180.000

Dra. Ana Alvarez Jara
Bioquímica - Reg. Nº 064

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPBS

Dra. Ma. Elizabeth Caballero
BIOQUÍMICA
Reg. Prof. N° 967

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
				adjudicados.									
57	1	41116131-049	Disco de Antibiotico Tetraciclina de 30 ug . (para el Hospital Nacional de Itaugua)	Disco de Antibiotico de Tetraciclina de 30 ug . Discos impregnados de antibioticos para la realizacion de antibiograma, escrito las siglas del antibiotico en ambos lados del disco. Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los discos para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	Cart. x 50 discos. Como minimo	Unidad	Oxoid	Inglaterra	5	10	18.000	90.000	180.000
58	1	41116131-070	Disco de Antibiotico Trimetroprim/Sulfa 1,25 / 23,75 ug (para el Hospital Nacional de Itaugua)	Disco de Antibiotico de Trimetroprim/Sulfa 1,25 / 23,75 ug . Discos impregnados de antibioticos para la realizacion de antibiograma, escrito las siglas del antibiotico en ambos lados del disco. Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los discos para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	Cart. x 50 discos. Como minimo	Unidad	Oxoid	Inglaterra	20	40	18.000	360.000	720.000
63	1	41116131-996	DISCO ANTIBIOGRAMA TIGECICLINA de 15 ug. (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Disco de antibiotico Tigeciclina 15 ug. Discos impregnados de antibioticos para la realizacion de antibiograma, escrito las siglas del antibiotico en ambos lados del disco. Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los discos para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	Cart. x 50 discos. o equivalente	Unidad	Oxoid	Inglaterra	15	30	18.000	270.000	540.000
65	1	41116131-046	DISCO ANTIBIOGRAMA OXACILINA 1 ug (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Disco de antibiotico Oxacilina 1 ug. Discos impregnados de antibioticos para la realizacion de antibiograma, escrito las siglas del antibiotico en ambos lados del disco. Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los discos para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	Cart. x 50 discos. o equivalente	Unidad	Oxoid	Inglaterra	10	20	18.000	180.000	360.000
67	1	41116131-015	DISCO ANTIBIOGRAMA BACITRACINA 0,004 ug (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Disco de Antibiotico Bacitracina 004 ug para test diferencial streptococo grupo A (Pyogenes) (Para el Hospital Nacional de Itaugua). Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los discos para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	Cart. x 50 discos. o equivalente	Unidad	Oxoid	Inglaterra	1	2	18.000	18.000	36.000

Dra. Ana Ma. Gómez Jara
Bioquímica - Reg. Nº 964

Julio Cabrera
Bioquímico
Reg. Prof. Nº 1075

Hermilia Pérez M
Química R.P. Nº 468
Jefe Dpto. Laboratorios
Hospital Nacional

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Dra. Ma. Elizabeth Caballero
BIOQUÍMICA
Reg. Prof. Nº 967

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
68	1	41116131-013	DISCO ANTIBIOGRAMA AMPICILINA - SULBACTAN 10/10	Disco de Antibiotico Ampicilina 10 ug. / Sulbactam 10 ug. Discos impregnados de antibioticos para la realizacion de antibiograma, escrito las siglas del antibiotico en ambos lados del disco. Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los discos para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	CART. X 50 DISCOS COMO MÍNIMO	Unidad	Oxoid	Inglaterra	5	10	18.000	90.000	180.000
69	1	41116131-032	DISCO ANTIBIOGRAMA CLORANFENICOL 30 ug.	Disco de Antibiotico Cloranfenicol 30 ug. Discos impregnados de antibioticos para la realizacion de antibiograma, escrito las siglas del antibiotico en ambos lados del disco. Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los discos para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	CART. X 50 DISCOS COMO MÍNIMO	Unidad	Oxoid	Inglaterra	5	10	18.000	90.000	180.000
70	1	41116131-021	DISCO ANTIBIOGRAMA CEFIXIMA 5 ug.	Disco de Antibiotico Cefixima de 5 ug. Discos impregnados de antibioticos para la realizacion de antibiograma, escrito las siglas del antibiotico en ambos lados del disco. Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los discos para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	CART. X 50 DISCOS COMO MÍNIMO	Unidad	Oxoid	Inglaterra	13	25	18.000	234.000	450.000
72	1	41116131-014	Disco de Antibiotico Aztreonam 30 ug (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Disco de Antibiotico Aztreonam 30 ug (Para el Hospital Nacional de Itaugua) Discos impregnados de antibioticos utilizados para la busqueda de carbapenemasas. Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los discos para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	Cart. x 50 discos. o equivalente	Unidad	Oxoid	Inglaterra	10	20	18.000	180.000	360.000
79	1	41116130-146	ANTISUERO PARA ESCHERICHIA COLI (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Especifico para la deteccion de E. coli O157. con vencimiento de 2 años como mínimo en el momento de la entrega.	Caja x 60 test o equivalente	Unidad	Probac	Brasil	1	2	440.000	440.000	880.000
80	1	41116130-146	ANTISUERO PARA ESCHERICHIA COLI (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Mezcla de antisuero para la deteccion de E. coli Enteroinvasora A.con vencimiento de 2 años como mínimo en el momento de la entrega.	Caja x 60 test o equivalente	Unidad	Probac	Brasil	2	4	440.000	880.000	1.760.000

Dra. Ana María Alfonzo Jara
Bioquímica - Reg. Nº 964

Lic. Jorge Caballero
Bioquímico
Reg. Prof. Nº 1975

Lic. Jorge Caballero M.
Dpto. Compras Menores / Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Dra. Ma. Elizabeth Garabella
BIOQUIMICA
Reg. Prof. Nº 967

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
81	1	41116130-146	ANTISUERO PARA ESCHERICHIA COLI (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Mezcla de antisuero para la deteccion de E. coli Enteroinvasora B. con vencimiento de 2 años como mínimo en el momento de la entrega.	Caja x 60 test o equivalente	Unidad	Probac	Brasil	2	4	440.000	880.000	1.760.000
82	1	41116105-144	SEROLOGÍA PARA SHIGELLA FLEXNERI (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Especifico para la deteccion de Shigella Flexneri (polivalente). con vencimiento de 2 años como mínimo en el momento de la entrega.	Caja x 60 test o equivalente	Unidad	Probac	Brasil	2	4	440.000	880.000	1.760.000
83	1	41116105-146	SEROLOGÍA PARA SHIGELLA BOYDII (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Especifico para la deteccion de Shigella Boydii. con vencimiento de 2 años como mínimo en el momento de la entrega.	Caja x 60 test o equivalente	Unidad	Probac	Brasil	1	2	440.000	440.000	880.000
84	1	41116105-145	SEROLOGIA PARA SHIGELLA SONNEI (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Especifico para la detección de Shigella Sonnei. con vencimiento de 2 años como mínimo en el momento de la entrega.	Caja x 60 test o equivalente	Unidad	Probac	Brasil	2	4	440.000	880.000	1.760.000
89	1	41116011-989	AGAR CROMOGÉNICO (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Agar Cromogénico para diferenciar especies de Enterococo (Para el Hospital Nacional de Itaugua) Medio deshidratado utilizado para identificar especies de enterococcus y resistencia a vancomicina (EVR). Con sus respectivo suplemento si lo tiene.Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los potes para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	Pote x 500 gr. O equivalente	Unidad	Chromagar	Francia	9	17	3.300.000	29.700.000	56.100.000
90	1	41116011-989	AGAR CROMOGÉNICO (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Agar Cromogénico para diferenciar cepas resistentes a carbapenemasas (Para el Hospital Nacional de Itaugua) Medio deshidratado utilizado para identificar especies de enterobacterias resistente a carbapenemasas (KPC). Con sus respectivo suplemento si lo tiene.Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los potes para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	Pote x 500 gr. O equivalente	Unidad	Chromagar	Francia	10	20	3.300.000	33.000.000	66.000.000
91	1	41116130-272	AGAR CHAPMAN (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Medio deshidratado de cultivo. Contiene Manitol Salado.Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los potes para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	Pote x 500 gr. O equivalente	Unidad	Oxoid	Inglaterra	1	2	360.000	360.000	720.000

Dra. Ana M. Alvarez Jara
Bioquímica - Reg. Nº 964

Hernán Pérez
Apoderado R.P. Nº 4...
Dpto. Laboratorio
Hospital Nacional

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Dra. Ma. Elizabeth ...
BIOQUÍMICA
Reg. Prof. Nº 967

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
95	1	41116105-161	Agar Sabouraud con ciclohexímida	Medio deshidratado utilizado en micologia con ciclohexímida. Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los potes para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	Pote x 500 gr. O equivalente	Unidad	Oxoid	Inglaterra	2	3	660.000	1.320.000	1.980.000
107	1	41116130-084	CALDO SELENITO (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Medio deshidratado de enriquecimiento deshidratado utilizado para el aislamiento de Shigella - Salmonella. Marcas que hayan sido utilizados en el Laboratorio del Hospital Nacional y que hayan aprobado el control de calidad de los mismos, de no ser asi las empresas deberan proveer en forma gratuita los potes para ser probados en el momento de la oferta, antes de ser adjudicados.	Pote x 500 gr. O equivalente	Unidad	Oxoid	Inglaterra	2	4	305.000	610.000	1.220.000
118	1	41106217-001	SISTEMA UNITARIO DE INCUBACIÓN PARA MICROAEROFILIA (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Generadores de microaerofilia en bolsas individuales, capacidad mínima para 3,5 lts, para cultivo de campylobacter.	Caja x 10 sobres o equivalente.	Unidad	Oxoid	Inglaterra	30	60	240.000	7.200.000	14.400.000
123	1	41116104-003	LÁTEX PARA AGLUTINACIÓN	Latex para aglutinacion rapida de streptococus beta hemolitico grupos a, b, c, d, e, f, g (test en porta). Con controles negativos y positivos para de deteccion de los diferentes antígenos streptococcus beta hemolitico, a partir de aislamiento bacteriano.	CAJA X 50 TEST como mínimo	Unidad	Oxoid	Inglaterra	1	2	1.625.000	1.625.000	3.250.000
146	1	41116131-064	FACTOR V (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	Dinucleotido de nicotidamina y adenina (NAD), discos utilizados para diferenciación de especie de heamophilus. De la misma marca que Factor X y Factor XV	Frascos por 50 discos o equivalente	Unidad	Oxoid	Inglaterra	1	2	79.000	79.000	158.000
147	1	41116131-065	FACTOR X (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	(Hemina), discos utilizados para diferenciación de especie de heamophilus. De la misma marca que Factor V y Factor XV	Frascos por 50 discos o equivalente	frasco	Oxoid	Inglaterra	1	2	79.000	79.000	158.000
148	1	41116131-066	FACTOR XV (Para el Hospital Nacional de Itaugua)	(Combinacion de Hemina y NAD), discos utilizados para diferenciación de especie de heamophilus. De la misma marca que Factor V y Factor X	Frascos por 50 discos o equivalente	frasco	Oxoid	Inglaterra	1	2	79.000	79.000	158.000

Dra. Ana [illegible]
Bioquímica - Reg. Nº 964

Dra. Herminia Pérez M
Bioquímica R.P. Nº 468
Jefa de Dpto. Laboratorios
Hospital Nacional

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

Dra. Ma. Elizabeth [illegible]
BIOQUIMICA
Reg. Prof. Nº 967

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

LOTE	ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO TOTAL CON IVA	PRECIO MÁXIMO TOTAL CON IVA
239	1	41116007-021	SUERO CONTROL	El Control deberá estar sujeto a un Programa de Evaluación Externa en la Calidad (PEEC) acreditada internacionalmente, con la frecuencia quincenal o mensual. Control de Calidad de Tercera Opinión. El Control debe ser Sangre Total Para el área de Hematología. Los lotes deben ser de vencimiento largo y único para todo el grupo de laboratorios, de poseer vencimientos cortos de fábrica deberá proveer a solicitud del Servicio involucrado. Fácil de usar. Debe ser diferente de los calibradores y controles propios de las marcas de los equipos. Presentación en viales. Con Software y servicio de Internet a cargo del proveedor. Pasaje automático de datos a la red, Alternativa de comparación interlaboratorial on line a nivel mundial. Servicio de Asesoría de análisis de Datos. Reporte mensual del estado del control en el servicio.	Vial	Unidad	Randox	Reino Unido	50	100	521.000	26.050.000	52.100.000
239	2	41116007-021	SUERO CONTROL	El Control deberá estar sujeto a un Programa de Evaluación Externa en la Calidad (PEEC) acreditada internacionalmente, con la frecuencia quincenal o mensual. Control de Calidad de Tercera Opinión.El Control debe ser Suero.Para el área de Química clínica. Matriz Humana. Un solo control para toda la química clínica. Los lotes deben ser de vencimiento largo y único para todo el grupo de laboratorios, de poseer vencimientos cortos de fábrica deberá proveer a solicitud del Servicio involucrado. . Fácil de usar. Debe ser diferentes de los calibradores y controles propios de las marcas de los equipos. Presentación en viales. Con Software y servicio de Internet a cargo del proveedor. Pasaje automático de datos a la red, Alternativa de comparación interlaboratorial on line a nivel mundial. Servicio de Asesoría de análisis de Datos. Reporte mensual del estado del control en el servicio.	Vial	Unidad	Randox	Reino Unido	50	100	570.000	28.500.000	57.000.000

Dra. Ana [illegible]
Bioquímica - Reg. N° 964

Julio Caballero
Bioquímico
Reg. Prof. Nº 1575

Dra. Hermilia Pérez M
Bioquímica R.P. Nº 468
Jefa de Dpto. Laboratorios
Hospital Nacional

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. [illegible]
Dpto. de [illegible] Contractual

Dra. Ma. Elizabeth [illegible]
BIOQUIMICA
Reg. Prof. N° 967