**LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010**
**"ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389**
***DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD***

# ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil diez, en la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, sito en la calle Yegros 748, se procede a la Evaluación de las ofertas recibidas al llamado de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 15/2010 – PLURIANUAL ID 203.389"ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS.----------

Dicho llamado fue autorizado a través de la Resolución DGGIES N° 22 /2010 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SE AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 15/2010, PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203.389- PLURIANUAL; Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACION", del 12 de octubre de 2010.----------

Para efectos de la evaluación de las ofertas, se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación:

1. **Representante de la Dirección Administrativa, de la DGGIES**
2. **Representante de la Asesoria Juridica, de la DGGIES**
3. **Representante de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud**

**PRIMERO:** Conforme al ID N° 203389 de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas dicha carga de PAC es Plurianual. que del Presupuesto General de Gastos del 2010 serán ejecutados 9.616.405.343, del Presupuesto General de Gastos del 2011 serán ejecutados 32.054.684.476 y del Presupuesto General de Gastos del 2012 serán ejecutados 22.438.279.133 del rubro 350" productos e instrumentos químicos y medicinales" previa aprobación por Ley.----------

**SEGUNDO:** Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres de fecha 25 de noviembre de 2010.----------

**TERCERO:** Teniendo en cuenta que el presente llamado es Ad Referéndum, se verifica que el mismo cuenta con PAC Nº 203389, cuyo monto asciende a la suma de **Gs. 72.162.497.317.-** (Setenta y dos mil ciento sesenta y dos millones cuatrocientos noventa y siete mil trescientos diez y siete). Por este motivo, en el momento de la firma de los contratos con las empresas adjudicadas, se deberá contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) definitivo.----------

**CUARTO:** Se da lectura al Análisis del contenido documental legal, según Dictamen A.J. Nº 6217/2010 de fecha de 25 de noviembre de 2010, el cual expresa:
*"Que, luego del análisis de las mismas, conforme al Pliego de Bases y Condiciones, esta Asesoría Jurídica concluye cuanto sigue:* **SALUMAX S.A.; LA CASA DEL MEDICO; DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL S.R.L.; DIST. DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L.; MAKRI S.A.; COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE; AGUAFREE S.R.L.; DROGUEPAR S.A.; D Y D DISTRIBUIDORA; HOSPITALAR S.A.; DORLAND S.A.; DIPROAN S.R.L.; DEZETA S.A.; NELSON ARCOS S.R.L.; CIRUMED; J.C.M. PHARMA S.R.L.; GRUPO MULTICOM & LLEDO; INFOTEC S.A.; DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.; CHACO INTERNACIONAL S.A.**
**VENTAS PYAS.SAECA; PROSALUD PHARMA; SIEGEN; MATHER COMPANY;INDEX SACI; ARGON S.R.L.; P & H PHARMA; FRANCAR S.R.L.; SCARPE S.R.L.;IMPORTADORA EUROAMERICANA ;JUBE S.R.L.; CATETERES & AFINES; JACK FACK S.R.L.; ENDOTERAPIA S.R.L.**, *contienen las documentaciones sustanciales requeridas en el Pliegos de Bases y condiciones".*----------

**QUINTO:** A continuación se verifican en detalle el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los ítems ofertados así como las muestras y/o catálogos o folletos presentados, conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Art. 61° - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta le Ley 2.051/03 De Contrataciones Públicas", según detalla a continuación y consta en el Cuadro de Recomendación de Adjudicación, el cual forma parte del presente Acta:

## LISTADO DE ITEMS CON RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION:

| Item | Clasificación del Dispositivo | Características | EMPRESA ADJUDICADA | RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN / OBSERVACIONES | MARCA | PROCEDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerocamara | aerocamara espaciadora Pediátrico con mascara desmontable, libre de látex, lavable, reusable. | MATHER COMPANY S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | AEROFACIDOSE | chile |
| 2 | Aerocamara | aerocamara espaciadora Adulto con mascara desmontable, libre de látex, lavable, reusable. | MATHER COMPANY S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | AEROFACIDOSE | chile |
| 3 | Aguja hipodermica descartable | 21 G, estéril, libre de pirógeno de 1" | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | PREMIUM | CHINA |
| 4 | Aguja hipodermica descartable | 21 G, estéril, libre de pirógeno de 1,5" | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | PREMIUM | CHINA |

**Abog. Pedro A. Santander**
**Asesor Jurídico**
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

**Dra. María Del Socio Bogado Benítez**
**Encargada**
**Dirección de Planificación y Uso**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aguja hipodermica descartable | 23 G, estéril, libre de pirógeno de 1" | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | PREMIUM | CHINA |
| 6 | Aguja hipodermica descartable | 25 G, Estéril Libre de pirógeno de 1" (25 G 1") | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta. | PREMIUM | CHINA |
| 7 | Aguja Lumbar | N ° 18 G - Metálica con mandril - Descartable. Atrumatica | HOSPITALAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | BD | ESPAÑA |
| 8 | Aguja Lumbar | N ° 20 G - Metálica con mandril - Descartable. Atraumatica | HOSPITALAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | BD | ESPAÑA |
| 9 | Aguja Lumbar | N ° 22 G- Metálica con mandril - Descartable. Atraumatica | HOSPITALAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | BD | ESPAÑA |
| 10 | Aguja para sutura | cilindrica medio circulo, acero inoxidable, ojal posterior abierto - Atraumática - Pequeño hasta 20 mm | CIRUMED | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | SCHREIBER | ALEMANIA |
| 11 | Aguja para sutura | cilindrica medio circulo, acero inoxidable, ojal posterior abierto - Atraumática - Mediano hasta 40 mm | CIRUMED | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | SCHREIBER | ALEMANIA |
| 12 | Aguja para sutura | cilindrica medio circulo, acero inoxidable, ojal posterior abierto - Atraumática - Grande hasta 60 mm | CIRUMED | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | SCHREIBER | ALEMANIA |
| 13 | Aguja para sutura | cilindrica medio circulo, acero inoxidable, ojal posterior abierto - Traumática - Pequeño hasta 20 mm | CIRUMED | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | SCHREIBER | ALEMANIA |
| 14 | Aguja para sutura | cilindrica medio circulo, acero inoxidable, ojal posterior abierto - Traumática - Mediano hasta 40 mm | CIRUMED | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | SCHREIBER | ALEMANIA |
| 15 | Aguja para sutura | cilindrica medio circulo, acero inoxidable, ojal posterior abierto - Traumática - Grande hasta 60 mm | CIRUMED | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | SCHREIBER | ALEMANIA |
| 16 | Aguja para sutura | recta - Atraumática - Pequeño hasta 20 mm | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 17 | Aguja para sutura | recta - Atraumática - Mediano hasta 40 mm | CIRUMED | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | SCHREIBER | ALEMANIA |
| 18 | Aguja para sutura | recta - Atraumatica - Grande hasta 60 mm | CIRUMED | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | SCHREIBER | ALEMANIA |
| 19 | Aguja para sutura | recta - Traumática - Pequeño hasta 20 Om | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 20 | Aguja para sutura | recta - Traumática - Mediano hasta 40 mm | CIRUMED | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | SCHREIBER | ALEMANIA |
| 21 | Aguja para sutura | recta - Traumática - Grande hasta 60 mm | CIRUMED | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | SCHREIBER | ALEMANIA |
| 22 | Aguja Peridual | N° 16 | PROSALUD FARMA SA. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Channel Med | CHINA |
| 23 | Aguja Peridual | N ° 17 | PROSALUD FARMA SA. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Channel Med | CHINA |
| 24 | Aguja Raquidea | N ° 22 - Descartable. Bisel, con introductor Incluido (Punta lápiz longitud minimo de 80mm) | DORLAND S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | JUMBO | CHINA |
| 25 | Aguja Raquidea | N ° 25 - Descartable. Bisel, con introductor estandar (Punta lápiz longitud minimo de 80mm) | DIEST MEDICINAL | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | FUMED / GREETMED | CHINA |
| 26 | Aguja Raquidea | N ° 27 - Descartable. Bisel, con introductor estandar (Punta lápiz longitud minimo de 80mm) | DORLAND S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | JUMBO | CHINA |
| 27 | Alcohol Rectificado (o Etilico) – Solucion | Alcohol rectificado -Solucion | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CAMIA | NACIONAL |
| 28 | Alcohol Gel | de 70 a 90 % | FRAN CAR S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Desingel | Nacional |
| 29 | Algodón Hidrófilo | 100 % Algodón Hidrófilo Puro. Minimo 500gr. Peso Neto (Peso sin carton ni envoltorio) | DORLAND S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | MIMOSO | NACIONAL |
| 30 | Algodón Laminado | Rollo minimo x 10 cm. x 1 mt. (libre de impurezas y debe ser de 500gr neto sin carton y sin envase) | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CREMER | BRASIL |
| 31 | Algodon Laminado | Rollo minimo x 20 cm. x 1 mt. (libre de impurezas y debe ser de 500gr neto sin carton y sin envase) | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CREMER | BRASIL |
| 32 | Algodón Laminado | Rollo minimo x 30 cm. x 1 mt. | DORLAND S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | MIMOSO | NACIONAL |
| 33 | Amniotomo | perforadora amniotica de plástico de 25 cm. | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 34 | Anteojos de bioseguridad | Plástico resistente, envolvente al rostro | IMPORTADORA EUROAMERICANA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | 334 GOGGLE - 3M | USA/KOREA/POLONIA/ ALEMANIA/CANADA/C HINA/FRANCIA/BRASIL/ ARGENTINA |
| 35 | Aposito hidrocoloide | aposito restaurador de herida con idrocoloide tamaño minimo de 15 x 15 cms, descartable con sistema tipo moldura | PROSALUD FARMA SA. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CURACTIVE | BRASIL |
| 36 | Aposito hidrocoloide | aposito restaurador de herida con idrocoloide tamaño minimo de 10 x 10 cms, descartable con sistema tipo moldura | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | BBRAUN | IRLANDA |
| 37 | Apositos Transparentes | polimerico hipoalergenico, con marco de seguridad de 7 cm x 5 cm como minimo | IMPORTADORA EUROAMERICANA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | 1624W TEGADERM - 3M | USA/KOREA/POLONIA/ ALEMANIA/CANADA/C HINA/FRANCIA/BRASIL/ |

**Abog. Pedro A. Santander**
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

**Dra. María Del Rocío Bogado Benítez**
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

# LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389

## *DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ARGENTINA |
| 38 | Apositos Transparentes | polimerico hipoalergenico, con marco de seguridad de 10 cm x 12 cm como minimo | IMPORTADORA EUROAMERICANA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | 1626W TEGADERM - 3M | USA/KOREA/POLONIA/ ALEMANIA/CANADA/C HINA/FRANCIA/BRASIL/ ARGENTINA |
| 39 | Baja Lenguas | descartable de madera, de bordes lisos que no dañen los tejidos durante su uso.Tamaño estandar (no esteril) | DIEST MEDICINAL | Se recomienda la adjudicacion del 50% a la empresas DIEST MEDICINAL S.R.L. y el 50% al aempresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. ambas por cumplir las especificaciones tecnicas y ser las mejores ofertas | FUMED / GRELTMED | CHINA |
| 39 | Baja Lenguas | descartable de madera, de bordes lisos que no dañen los tejidos durante su uso.Tamaño estandar (no esteril) | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion del 50% a la empresas DIEST MEDICINAL S.R.L. y el 50% al aempresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. ambas por cumplir las especificaciones tecnicas y ser las mejores ofertas | TONGUE DEPRESSOR/CHIN A | CHINA |
| 40 | Banda adhesiva | redondas, estériles ( ofertar por unidades) Presentacion en cajas | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Confifidel / Shangai Channelmed | CHINA |
| 41 | Barakas | Adulto, con accesorios (sin valvula de Rubens) | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | King Systems | Germany/USA |
| 42 | Barakas | Pediátrico, con accesorios | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | King Systems | Germany/USA |
| 43 | Batas quirurgicas | Elaborado tela no tejida S.M.S. (Spundonded-Meltblown-Polipropileno) Esteril | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | PREMIUM | CHINA |
| 44 | Bolsa de Anestesia | 250 cc. material caucho, descartable | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 45 | Bolsa de Anestesia | 1/2 Lt.material caucho, descartable | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | King Systems | Germany/USA |
| 46 | Bolsa de Anestesia | 1 Lt material caucho, descartable | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | King Systems | Germany/USA |
| 47 | Bolsa de Anestesia | 1 1/2 Lt material caucho, descartable | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 48 | Bolsa de Anestesia | 2 Lt material caucho, descartable | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | King Systems | Germany/USA |
| 49 | Bolsa de Anestesia | 3 Lt material caucho, descartable | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | King Systems | Germany/USA |
| 50 | Bolsa de Anestesia | 5 Lt material caucho, descartable | CIRUMED | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | OXIGEL | BRASIL |
| 51 | Bolsa de papel con indicador quimico | Esterilizacion calor seco , 130x35x170mm como minimo | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Kims | Argentina |
| 52 | Bolsa de reanimacion y mascara pediatrica | 250 ml( como minimo) con Bolsa autoinflable valvula paciente, valvula de peep,valvula de admision, valvula reservorio y bolsa, mascara acorde, tubo de conexión a oxigeno | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HUDSON/CHINA | CHINA |
| 53 | Bolsa de reanimacion y mascara pediatrica | 500 ml con Bolsa autoinflable valvula paciente, valvula de peep,valvula de admision, valvula reservorio y bolsa, mascara acorde, tubo de conexión a oxigeno | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HUDSON/CHINA | CHINA |
| 54 | Bolsa de reanimacion y mascara pediatrica | 750 ml con Bolsa autoinflable valvula paciente, valvula de peep,valvula de admision, valvula reservorio y bolsa, mascara acorde, tubo de conexión a oxigeno | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HUDSON/CHINA | CHINA |
| 55 | Bolsa de reanimacion y mascara pediatrica | 1000 ml con Bolsa autoinflable valvula paciente, valvula de peep, bolsa,valvula de admision, valvula reservorio y bolsa, mascara acorde, tubo de conexión a oxigeno | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HUDSON/CHINA | CHINA |
| 56 | Bolsa de reanimacion y mascara pediatrica | 1800 ml (como minimo) con Bolsa autoinflable valvula paciente, valvula de peep, bolsa,valvula de admision, valvula reservorio y bolsa, mascara acorde, tubo de conexión a oxigeno | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | La primera empresa correspondiente a la empresa DROGUEPAR S.A.no presenta muestra en tiempo y forma por lo que se recomienda desestimar dicho item , se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la segunda mejor oferta | HUDSON | CHINA |
| 57 | Bolsa para basura de 100 litros | 80 micrones, negro, 100 lts | FRAN CAR S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | IPP | Nacional |
| 58 | Bolsa para colostomia | Simple | HOSPITALAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion del 50% a la empresas HOSPITALAR S.A. y el 50% al aempresa CHACO INTERNACIONAL S.A. ambas por cumplir las especificaciones tecnicas y ser las mejores ofertas | BIOEQUIP | ARGENTINA |
| 58 | Bolsa para colostomia | Simple | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion del 50% a la empresas HOSPITALAR S.A. y el 50% al aempresa CHACO INTERNACIONAL S.A. ambas por cumplir las especificaciones tecnicas y ser las mejores ofertas | Shangai Channelmed | China |
| 59 | Bolsa para colostomia | con anillo Karaya o hidrocoloide 15 mm (+ /- 1 mm), adhesivo hipoalergenico, con presilla para cinturon, drenable , capaz anti olor con clamp, no esteril | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HOLLISTER | USA |
| 60 | Bolsa para colostomia | con anillo caratta o hidrocoloide 20 mm (+ /- 1 mm), adhesivo hipoalergenico, con presilla para cinturon, drenable , capaz anti olor con clamp, no esteril | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L. | La primera oferta correspondiente a la empresa HOSPITALAR S.A. no cumple con las especificaciones tecnicas no presenta capaz anti olor y en el momento de la prueba con liquidos presenta perdida de la adherencia y filtraciones por lo que ocasionaria un cambio mas frecuente de la bolsa por lo que se recomeinda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspodnente a la empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L. que cumple con las especificaciones | HOLLISTER | USA |

**Abog. Pedro A. Santander**
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Dra. María De Jesús Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD

**LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010**
**"ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389**
***DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | tecnicas y ser la siguiente oferta. | | |
| 61 | Bolsa para colostomia | **con anillo caralla o hidrocoloide 38 mm (+ /- 1 mm), adhesivo** hipoalergenico, con presilla para cinturon, drenable , capaz anti olor con clamp, no esteril | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L. | **La primera oferta correspondiente a la empresa HOSPITALAR S.A. no cumple con las especificaciones tecnicas no presenta capaz anti olor y en el momento de la prueba con liquidos presenta perdida de la adherencia y filtraciones por lo que ocasionaria un** cambio mas frecuente de la bolsa por lo que se recomeinda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspodnente a la empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L. que cumple con las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta. | HOLLISTER | USA |
| 62 | **Bolsa para colostomia** | **con anillo caralla o hidrocoloide 51 mm (+ /- 1 mm), adhesivo hipoalergenico, con presilla para** cinturon, drenable , capaz anti olor con clamp, no esteril | **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA** MEDICINA S.R.L. | La primera oferta correspondiente a la empresa HOSPITALAR S.A. no cumple con las especificaciones **tecnicas no presenta capaz anti olor y en el momento de la prueba con liquidos presenta perdida de la adherencia y filtraciones por lo que ocasionaria un cambio mas frecuente de la bolsa por lo que se** recomeinda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspodnente a la empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L. que cumple con las especificaciones **tecnicas y ser la siguiente oferta.** | HOLLISTER | USA |
| 63 | Bolsa para colostomia | con anillo caralla o hidrocoloide 64 mm (+ /- 1 mm), adhesivo hipoalergenico, con presilla para cinturon, drenable , capaz anti olor con clamp, no esteril | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L. | **La primera oferta correspondiente a la empresa HOSPITALAR S.A. no cumple con las especificaciones tecnicas no presenta capaz anti olor y en el momento** de la prueba con liquidos presenta perdida de la adherencia y filtraciones por lo que ocasionaria un cambio mas frecuente de la bolsa por lo que se recomeinda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspodnente a la empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L. que cumple con las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta. | HOLLISTER | USA |
| 64 | Bolsa para colostomia | con anillo caralla o hidrocoloide 76 mm (+ /- 1 mm), adhesivo hipoalergenico, con presilla para cinturon, drenable , capaz anti olor con clamp, no esteril | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HOLLISTER | USA |
| 65 | Bolsa para residuo Patológico | de 120 micrones - II B Rojo 80 Lts - Con la impresión del logotipo internacional de Residuos Peligrosos, Biológicos e Infecciosos. | FRAN CAR S.R.L. | La primera oferta correspondiene a la firma CIRUMED no cumple conlas especificaciones tecnicas requeridas en la ADENDA 3, la muestra oferta es de 120 micrones - II B Rojo de 100 lts, de acuerdo al articulo 30 inc. b de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se procede la evaluacion a la segunda oferta correspondiente a la empresa FRAN CAR S.R.L. que cumple con las especificaciones tecnicas en el PBC y ser la siguiente mejor oferta. | IPP | Nacional |
| 66 | Bolsa para residuo Patológico | de 80 micrones - II A Blanco 80 Lts - Con la impresión del logotipo internacional de Residuos Peligrosos, Biológicos e Infecciosos. | FRAN CAR S.R.L. | La primera oferta correspondiene a la firma CIRUMED no cumple conlas especificaciones tecnicas requeridas en el ADEDAN 3, la muestra oferta es de 120 micrones - II B Blanco de 100 lts, de acuerdo al articulo 30 inc. b de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se procede la evaluacion a la segunda oferta correspondiente a la empresa FRAN CAR S.R.L. que cumple con las especificaciones tecnicas en el PBC y ser la siguiente mejor oferta. | IPP | Nacional |
| 67 | Bolsa para secrecion | corporal, bolsa de polietileno **flexible de mas de 250 micrones, tapa rigida de polietileno, conector conico y adaptador para distintas medidas de canuta de aspiracion,** tapa provista de manguera y conector para cerrar y poder desechar, capacidad de 2 litros, bolsa de aro azul con valvula de **deteccion de aspiracion, quimico al** completarse su capacidad. **Se solicita en comodato 250 contenedores reutilizables para bolsa de drenaje de 2000 ml con** soporte | HOSPITALAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | ECOVAC | ARGENTINA |
| 68 | Bolsa Presurizadora | para soluciones parenterales. Debe incluir manguito de compresion,llave y perita insufladora.(Debe incluir manometro y debe ser la bolsa de 1000ml) | CIRUMED | La primera oferta correspondiente a la empresa NELSON ARCOS no presenta manometro de presion que fue aclarado en las consultas, lo cual es fundamental para la dosificacion de la infusion en un paciente critico por lo que se desestima dicho item, se procede a evaluar la siguiente mejor oferta correspondiente a la empresa CIRUMED que cumple con las especificaciones tecnicas por lo que se recomienda su adjucacion. | BOSCH | ALEMANIA |
| 69 | Botas cubre calzado | descartables TNT, tamaño Grande con antideslizante. (Un Par de botas en un envase individual) | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | PREMIUM | CHINA |
| 70 | Campo adhesivo quirurgico | filtrasparente adhesivo y esterilizaso en fabrica. De 15 a 20 cm x de 25 a 30 cm | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Smith Nephew - | UK |
| 71 | Campo adhesivo quirurgico | filtrasparente adhesivo y esterilizado en fabrica. De 30a35 cm x 28a35 cm | IMPORTADORA EUROAMERICANA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | 1040 STERIDRAPE - 3M | USA/KOREA/POLONIA/ ALEMANIA/CANADA/C HINA/FRANCIA/BRASIL/ ARGENTINA |
| 72 | Cánula de Aspiración de campo Quirúrgico | K66 sin interruptor con tubuladura silconada minimo 3 mt flexible, transparente y con pico tipo corona | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | La primera oferta correspodneinte a la empresa GRUPO MULTICOMP S.A. se recomienda desestimar a dicha empresa según Nota DPRUM N° 145/2010 donde dicen que por problemas en los tramites de legalizacion del documento, no hemos podidos hacer entrega dentro del plazo solicitado, de la "Constacia de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio nacional, emanado por el departamento de Control de Profesiones de Salud y Afines del MSPBS", se procede a evaluar la siguiente oferta correspodniente a la | PREMIUM | CHINA |

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Dra. María Del Rocio Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATÉGICOS DE SALUD

**LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010**
**"ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389**
***DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | firma VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la siguiente mejor oferta. | | |
| 73 | Cánula de Traqueostomia con balón | N° 6, Adulto, PVC, con mandril y balón | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Shangai Channelmed | China |
| 74 | Cánula de Traqueostomia con balon | N° 7, Adulto, PVC, con mandril y balón | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Shangai Channelmed | China |
| 75 | Cánula de Traqueostomia con balon | N° 8, Adulto, PVC, con mandril y balón | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Shangai Channelmed | China |
| 76 | Cánula de Traqueostomia con balon | N° 9, Adulto, PVC, con mandril y balón | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Shangai Channelmed | China |
| 77 | Cánula de Traqueostomia sin balon | 100 % silicona, radiopaco, c/conector universal de 15 mm. Diámetro externo 4.00 | JCM PHARMA | La primera oferta correspondiente a la empresa ARGON S.R.L. no cumple con las especificaciones tecnicas lo solicitado se pide silicona 100% y el producto es siliconado, se evalua la siguiente oferta JCM FARMA por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la siguiente mejor oferta | Silmag | Argentina |
| 78 | Cánula de Traqueostomia sin balon | 100 % silicona, radiopaco, c/conector universal de 15 mm. Diámetro externo 4.50 | JCM PHARMA | La primera oferta correspondiente a la empresa ARGON S.R.L. no cumple con las especificaciones tecnicas lo solicitado se pide silicona 100% y el producto es siliconado, se evalua la siguiente oferta JCM FARMA por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la siguiente mejor oferta | Silmag | Argentina |
| 79 | Cánula de Traqueostomia sin balon | 100 % silicona, radiopaco, c/conector universal de 15 mm. Diámetro externo 5.00 | JCM PHARMA | La primera oferta correspondiente a la empresa ARGON S.R.L. no cumple con las especificaciones tecnicas lo solicitado se pide silicona 100% y el producto es siliconado, se evalua la siguiente oferta JCM FARMA por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la siguiente mejor oferta | Silmag | Argentina |
| 80 | Cánula de Traqueostomia sin balon | 100 % silicona, radiopaco, c/conector universal de 15 mm. Diámetro externo 5.50 | DESIERTO | Se recomienda declara desierto por no cumplir con las especificaciones tecnicas, se pide silicona 100% y de diametro 5.50 y lo ofertado es siliconado y de diametro 6.00 y ser la única oferta | | |
| 81 | Cánula de Traqueostomia sin balon | 100 % silicona, radiopaco, c/conector universal de 15 mm. Diámetro externo 3.00 | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Silmag | Argentina |
| 82 | Cánula de Traqueostomia sin balon | 100 % silicona, radiopaco, c/conector universal de 15 mm. Diámetro externo 3.50 | JCM PHARMA | La primera oferta correspondiente a la empresa ARGON S.R.L. no cumple con las especificaciones tecnicas lo solicitado se pide silicona 100% y el producto es siliconado, se evalua la siguiente oferta JCM FARMA por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la siguiente mejor oferta | Silmag | Argentina |
| 83 | Cánula nasal para oxigenoterapia | Adulto. Diámetro externo 4.00 mm, narinas de PVC o superior, tubos dentro de fosas nasales regulables en profundidad. longitud minima de 100 cm, tubuladura de PVC | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Confidel / Shangai Channelmed | China |
| 84 | Cánula nasal para oxigenoterapia | Pediátrico. Diámetro externo 3.00 mm, narina de PVC o superior, tubos dentro de fosas nasales regulables en profundidad, longitud minima de 100 cm, tubuladura de PVC | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Confidel / Shangai Channelmed | China |
| 85 | Cánula nasal para oxigenoterapia | Neonatal. Diámetro externo 2.00 mm, narina de silicona 100%, libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulables en profundidad, longitud minima de 100 cm, tubuladura de PVC transparente. | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Romsons | India |
| 86 | Canula orofaringea | 0-1 mm - Neonatal (chico) de material PVC | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Romsons | India |
| 87 | Canula orofaringea | 2 mm - Pediátrico (mediano) de material PVC | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Romsons | India |
| 88 | Canula orofaringea | 5 mm - Adulto (grande) de material PVC | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa ARGON S.R.L. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Romsons | India |
| 89 | Cartuchos de oxido de etileno | 100% puro, para gas | IMPORTADORA EUROAMERICANA | La primera oferta correspondiente a la empresa SCARPE S.R.L. no cumple con las especificaciones tecnicas no es compatible con el equipo 3M por lo que se recomienda desetimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa IMPORTADORA EUROAMERICANA por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | 4-100 STERIGAS - 3M | USA/KOREA/POLONIA/ ALEMANIA/CANADA/C HINA/FRANCIA/BRASIL/ ARGENTINA |
| 90 | Cateter de aspiracion | N°6, (minimo) con Trampa para Mucus. | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Kendall - | Mexico |
| 91 | Cateter de aspiracion | N°8. con Trampa para Mucus. | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Kendall - | Mexico |
| 92 | Cateter de aspiracion | N°10. con Trampa para Mucus. | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Kendall - | Mexico |
| 93 | Cateter de aspiracion | N° 6. c/válvula de control. Flexible, transparente, esteril, descartable. Libre de látex. 50 cm como minimo de longitud | DORLAND S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | JUMBO | CHINO |
| 94 | Cateter de aspiracion | N° 8. c/válvula de control. Flexible, transparente, esteril, descartable. Libre de látex . 50 cm de longitud | DORLAND S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | JUMBO | CHINO |
| 95 | Cateter de aspiracion | N° 10. c/válvula de control. Flexible, transparente, esteril, descartable. Libre de látex. 50 cm de longitud | DORLAND S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | JUMBO | CHINO |
| 96 | Cateter de aspiracion | N° 12. c/válvula de control. Flexible, transparente, esteril, descartable. | DORLAND S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor | JUMBO | CHINO |

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Dra. María Del Rocio Bogado Benitez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Lic. RALPH A. NUNEZ URBIETA G.

**LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010**
**"ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389**

***DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Libre de látex | | oferta | | |
| 97 | Cateter de aspiracion | N° 14. c/válvula de control. Flexible, transparente, esteril, descartable. Libre de látex | DORLAND S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | JUMBO | CHINO |
| 98 | Cateter epicutaneo | 2 Fr, Cava. 100% Silicona, de larga permanencia, libre de látex y PVC. Diámetro (mm) 0,3 x 0,6, marcado a cada cm, introductor 19G, con pinza, apósito, lazo, estéril, cinta métrica. | JCM PHARMA | La primera oferta correspondiente a la firma MACRI. con la marca comercial KFF 2 Fr.cateter de triple lumen al realizar la prueba se constata que la guia metalica se adhiere al cateter dificultando su extraccion corriendo el reisgo que el cateter se corte prouduciendo la migracion del mismo y graves lesiones al peciente por lo que se recomienda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente mejor oferta correspondiente a la empresa ICM PHARMA que cumple las especificaciones tecnicas y ser la siguiente mejor oferta | Silmag | Argentina |
| 99 | Cateter epicutaneo | 1.8 Fr, Cava. 100% Silicona, de larga permanencia, libre de látex y PVC. Diámetro (mm) 0,3 x 0,6, marcado a cada cm, introductor 19G, con pinza, apósito, lazo, estéril, cinta métrica. | JCM PHARMA | La primera oferta correspondiene a la firma MACRI. no cumple conlas especificaciones tecnicas requeridas en el PBC, la muestra presentada es de 1,9 Fr y de acuerdo al articulo 30 inc. b de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se procede la evaluacion a la segunda oferta correspondiente a la empresa ICM FHARMA. que cumple con las especificaciones tecnicas en el PBC y ser la siguiente mejor oferta. | Silmag | Argentina |
| 100 | Cateter Intradermico | 5 F, de silicona 100 % con funda de terciopelo para acceso venoso a largo plazo de uso para nutrición parenteral y quimioterapia, con vaina introductora compatible con técnica Desilet, pelable, aguja de tunelización y prolongador extraible. flujo 21 ml/min, minimo 60 cm de largo | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa NELSON ARCOS S.R.L. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | BARD | USA |
| 101 | Cateter Intradermico | 6 F, de silicona 100 % con funda de terciopelo para acceso venoso a largo plazo de uso para nutrición parenteral y quimioterapia, con vaina introductora compatible con técnica Desilet, pelable, aguja de tunelización y prolongador extraible. flujo 40 ml/min, minimo 60 cm de largo | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa NELSON ARCOS S.R.L. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | BARD | USA |
| 102 | Cateter Intradermico | 9 F, de silicona 100 % con funda de terciopelo para acceso venoso a largo plazo de uso para nutrición parenteral y quimioterapia, con vaina introductora compatible con técnica Desilet, pelable, aguja de tunelización y prolongador extraible. flujo 95 ml/min, minimo 60 cm de largo | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa NELSON ARCOS S.R.L. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | BARD | USA |
| 103 | Catéter intravenoso Periférico | N° 18 GA. de resina de poliuretano (biomaterial), radiopaco, estéril, que permita flujos iguales o mayores a 95 ml /min, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible. (Sin dispositivo de seguridad) | PROSALUD FARMA SA. | La primera oferta correspodneinte a la empresa GRUPO MULTICOMP S.A. se recomienda desestimar a dicha empresa según Nota DPRUM N° 145/2010 donde dicen que por problemas en los tramites de legalizacion del documento, no hemos podidos hacer entrega dentro del plazo solicitado, de la "Constacia de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio nacional, emanado por el departamento de Control de Profesiones de Salud y Afines del MSPBS", la segunda oferta correspodneinte a DORLANDA S.A. no cumple las especificaciones tecnicas, al realizar la prueba se constata que se remanga el cateter, la tercera oferta correspondiente a la empresa SCARPE no presente muestra por lo que es fundamental para la evaluacion del producto, la cuarta oferta correspodneinte a la empresa ARGON S.R.L. no cumple las especificaciones tecnicas, no es de poliuretano tambien presenta un orificio inyector que representaria un riego de contaminacion por lo que se comienda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa PROSALUD S.A. que cumple con als especificaciones tecnicas y ser la siguient emejor oferta. | EASTMARK | CHINA |
| 104 | Catéter intravenoso Periférico | N° 20 GA. de resina de poliuretano (biomaterial), radiopaco, estéril, que permita flujos iguales o mayores a 60 ml/min, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible. ( Sin dispositivo de seguridad) | PROSALUD FARMA SA. | La primera oferta correspodneinte a la empresa GRUPO MULTICOMP S.A. se recomienda desestimar a dicha empresa según Nota DPRUM N° 145/2010 donde dicen que por problemas en los tramites de legalizacion del documento, no hemos podidos hacer entrega dentro del plazo solicitado, de la "Constacia de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio nacional, emanado por el departamento de Control de Profesiones de Salud y Afines del MSPBS", la segunda oferta correspodneinte a DORLANDA S.A. no cumple las especificaciones tecnicas, al realizar la prueba se constata que se remanga el cateter, la tercera oferta correspondiente a la empresa SCARPE no presente muestra por lo que es fundamental para la evaluacion del producto, la cuarta oferta correspodneinte a la empresa ARGON S.R.L. no cumple las especificaciones tecnicas, no es de poliuretano tambien presenta un orificio inyector que representaria un riego de contaminacion por lo que se comienda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa PROSALUD FARMA S.A. que cumple con als especificaciones tecnicas y ser la siguiem emejor oferta. | EASTMARK | CHINA |
| 105 | Catéter intravenoso Periférico | N° 22 GA. de resina de poliuretano (biomaterial), radiopaco, estéril, que permita flujos iguales o mayores a 35 ml/min, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible. | PROSALUD FARMA SA. | La primera oferta correspodneinte a la empresa GRUPO MULTICOMP S.A. se recomienda desestimar a dicha empresa según Nota DPRUM N° 145/2010 donde dicen que por problemas en los tramites de legalizacion del documento, no hemos podidos hacer entrega dentro del plazo solicitado, de la "Constacia | EASTMARK | CHINA |

**Abog. Pedro A. Santander**
Asesor Juridico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

**Lic. María Del Rocio Bogado Benítez**
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (Sin dispositivo de seguridad) | | de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio nacional, emanado por el departamento de Control de Profesiones de Salud y Afines del MSPBS", SCARPE no presente muestra por lo que es fundamental para la evaluacion del producto, la tercera oferta correspodneinte a la empresa ARGON S.R.L. no cumple las especificaciones tecnicas, no es de **poliuretano tambien presenta un orificio inyector que representaria un riego de contaminacion por lo que se comienda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la** empresa PROSALUD FARMA S.A. que cumple con als especificaciones tecnicas y ser la siguient emejor oferta. | | |
| 106 | Catéter intravenoso Periférico | N° 24 GA. de resina de poliuretano (biomaterial), radiopaco, estéril, que permita flujos iguales o mayores a 22 ml/min, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible. | PROSALUD FARMA SA. | La primera oferta correspodneinte a la empresa GRUPO MULTICOMP S.A. se recomienda desestimar a dicha empresa según Nota DPRUM N° 145/2010 donde dicen que por problemas en los tramites de legalizacion del documento, no hemos podidos hacer entrega dentro del plazo solicitado, de la "Constacia de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio nacional, emanado por el departamento de Control de Profesiones de Salud y Afines del MSPBS", la segunda oferta correspodneinte a DORLANDA S.A. no cumple las especificaciones tecnicas, al realizar la prueba se constata que se remanga el cateter, la tercera oferta correspondiente a la empresa SCARPE no presente muestra por lo que es fundamental para la evaluacion del producto, la cuarta oferta correspodneinte a la empresa ARGON S.R.L. no cumple las especificaciones tecnicas, no es de poliuretano tambien presenta un orificio inyector que representaria un riego de contaminacion por lo que se comienda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa PROSALUD FARMA S.A. **que cumple con als especificaciones tecnicas y ser la siguient emejor oferta.** | EASTMARK | CHINA |
| 107 | Catéter intravenoso Periférico | N° 16 GA. de resina de poliuretano (biomaterial), radiopaco, estéril, que permita flujos iguales o mayores a 95 ml /min, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible. | PROSALUD FARMA SA. | **La primera oferta correspondiente a la empresa SCARPE no presenta muestra en tiempo y forma** establecido por lo que se recomienda desestimar dicha oferta, la segunda oferta correspodneinte a la empresa ARGON S.R.L. no cumple las especificaciones tecnicas, no es de poliuretano tambien presenta un orificio inyector que representaria un riego de contaminacion por lo que se comienda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa PROSALUD FARMA S.A. **que cumple con las especificaciones tecnicas y ser la siguiente mejor oferta** | EASTMARK | CHINA |
| 108 | Catéter intravenoso Periférico | N° 14 GA. de resina de poliuretano (biomaterial), radiopaco, estéril, que permita flujos iguales o mayores a 95 ml /min, con bisel biangulado y trifacetado, hemocompatible, tromboresistente, termosensible. | PROSALUD FARMA SA. | **La primera oferta correspondiente a la empresa SCARPE no presenta muestra en tiempo y forma** establecido por lo que se recomienda desestimar dicha oferta, la segunda oferta correspodneinte a la empresa ARGON S.R.L. no cumple las especificaciones tecnicas, no es de poliuretano tambien presenta un orificio inyector que representaria un riego de contaminacion por lo que se comienda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa PROSALUD FARMA S.A. **que cumple con las especificaciones tecnicas y ser la siguiente mejor oferta** | EASTMARK | CHINA |
| 109 | Cateter para dialisis peritoneal | 9 Fr. (minimo)100% Silicona, libre de látex y PVC, linea ORX, extremo distal abierto y redondeado, multiperforado, 31 cm de longitud (Envase esteril individual doble) set completo | P&H PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HP BIO | BRASIL |
| 110 | Cateter para dialisis peritoneal | 9 Fr.(minimo) 100% Silicona, libre de látex y PVC, linea ORX, extremo distal abierto y redondeado, multiperforado, 37 cm de longitud (minimo) (Envase esteril individual doble)set completo | P&H PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HP BIO | BRASIL |
| 111 | Cateter para dialisis peritoneal | 9 Fr. (minimo) 100% Silicona, libre de látex y PVC, linea ORX, extremo distal abierto y redondeado, multiperforado, 30 (minimo) cm de longitud, un cuff de fibra de poliester de alta pureza (envase esteril individual doble)set completo | P&H PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HP BIO | BRASIL |
| 112 | Cateter para dialisis peritoneal | 9 Fr.(minimo) 100% Silicona, libre de látex y PVC, linea ORX, extremo distal abierto y redondeado, multiperforado, 37 cm de longitud, (minimo) un cuff de fibra de poliester de alta pureza (envase esteril individual doble)set completo | P&H PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HP BIO | BRASIL |
| 113 | Cateter para dialisis peritoneal | 9 Fr. (minimo) 100% Silicona, libre de látex y PVC, linea ORX, extremo distal abierto y redondeado, multiperforado, 31 cm de longitud, dos cuff, fibra de poliester de alta pureza. Set completo (envase esteril individual doble) | P&H PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HP BIO | BRASIL |
| 114 | Cateter para dialisis peritoneal | 9 Fr.(minimo) 100% Silicona, libre de látex y PVC, linea ORX, extremo distal abierto y redondeado, multiperforado, 37 cm de longitud, dos cuff, fibra de poliester de alta pureza (envase esteril individual doble) Set completo | P&H PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HP BIO | BRASIL |

**Abog. Pedro A. Santander**
**Asesor Jurídico**
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Lic. Ralph A. Nuñez Urbieta G.

Lic. María Del Rocio Bogado Benitez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD

**LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010**
**"ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389**

*DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Cateter para dialisis peritoneal | Crónica. Compatible para técnica Tenckhoff, tamaño Adulto -clásico, recto con doble cuff o manguito, silicona 100%, radiopaco, multiperforado, extremo distal abierto y redondeado, long: de 31 a 37 cm. (mínimo) (envase esteril individual doble) Set completo | P&H PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HP BIO | BRASIL |
| 116 | Cateter para dialisis peritoneal | Crónica. Compatible para técnica Tenckhoff, tamaño Pediátrico - clásico, recto con doble cuff o manguito, silicona 100%, radiopaco, multiperforado, extremo distal abierto y redondeado, long: de 31 a 37 cm. | P&H PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HP BIO | BRASIL |
| 117 | Cateter para Embolectomia | N° 3. Cateter de poliuretano con balon dilatable de latex, material radio opaco con graduaciones impresas, filamento de acero con tapon luer lock ademas con Jeringa con tres partes graduada, protector para balon y cateter. Kit completo | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | EPSA | URUGUAY |
| 118 | Cateter para Embolectomia | N° 4 Cateter de poliuretano con balon dilatable de latex, material radio opaco con graduaciones impresas, filamento de acero con tapon luer lock ademas con Jeringa con tres partes graduada, protector para balon y cateter. Kit completo | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | EPSA | URUGUAY |
| 119 | Cateter para puncion venosa con alas (mariposita) | Nº 17, con prolongador de 30 cm. Como minimo | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 120 | Cateter para puncion venosa con alas (mariposita) | N° 19, descartable, c/ prolongador de 30 cm minimo | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | PREMIUM/CHINA | CHINA |
| 121 | Cateter para puncion venosa con alas (mariposita) | N° 21, descartable, c/ prolongador de 30 cm minimo | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | SCALP VEIN SET/CHINA | CHINA |
| 122 | Cateter para puncion venosa con alas (mariposita) | N° 23, descartable, c/ prolongador de 30 cm minimo | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | SCALP VEIN SET/CHINA | CHINA |
| 123 | Cateter para puncion venosa con alas (mariposita) | N° 25, descartable, c/ prolongador de 30 cm minimo | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | SCALP VEIN SET/CHINA | CHINA |
| 124 | Cateter percutaneo | 2 Fr, Lumen simple, 100% Silicona, libre de látex y PVC, ORX graduado a cada cm. Diámetro 0,30 x 0,60 mm, longitud 30 cm. c/ introductor pelable | JCM PHARMA | La primera oferta correspondiente a la firma MACRI. con la marca comercial KFF 2 Fr.cateter de lumen simple al realizar la prueba se constata que la guia metalica se adhiere al cateter dificultando su extraccion corriendo el reisgo que el cateter se corte prouduciendo la migracion del mismo, por lo que se desestima, la segunda oferta correspondiente a la empresa NELSON ARCOS S.R.L. a la prueba no s epuede introducir el cateter en la luz del mandril y esto dificultaria el trabajo del personal de enfermeria lo cual ocasionaria perdida de tiempo con probable riesgo vital en el paciente critico, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa JCM PHARMA cumpliendo las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | Silmag | Argentina |
| 125 | Cateter percutaneo | 3 Fr, Lumen simple, 100% Silicona, libre de látex y PVC, ORX graduado a cada cm. Diámetro 0,50 x 1,00 mm, longitud 50 cm. c/ introductor pelable | JCM PHARMA | La primera oferta correspondiente a la firma MACRI. con la marca comercial KFF 3 Fr.cateter de lumen simple al realizar la prueba se constata que la guia metalica se adhiere al cateter dificultando su extraccion corriendo el reisgo que el cateter se corte prouduciendo la migracion del mismo, por lo que se desestima dicho item, la segunda oferta correspondiente a la empresa DROGUEPAR S.A. no presenta muestra por lo que es indispensable para la evaluacion segun nota de la empresa DROGUEPAR S.A. no cuentan en existencia y recien lo tendran en 21 dias lo cual es inapcetable por lo que se desestima dicho item, la ter cera oferta correspondiente a la empresa NELSON ARCOS S.R.L. a la prueba no se puede introducir el cateter en la luz del mandril y esto dificultaria el trabajo del personal de enfermeria lo cual ocasionaria probable riesgo vital en el paciente critico por lo cual se desestima dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa JCM PHARMA cumpliendo las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | Silmag | Argentina |
| 126 | Cateter percutaneo | 4 Fr, Lumen simple, 100% Silicona, libre de látex y PVC, ORX graduado a cada cm. Diámetro 0,75 x 1,40 mm, longitud 65 cm. c/ introductor pelable | JCM PHARMA | La primera oferta correspondiente a la firma MACRI. con la marca comercial KFF 3 Fr.cateter de lumen simple al realizar la prueba se constata que la guia metalica se adhiere al cateter dificultando su extraccion corriendo el reisgo que el cateter se corte prouduciendo la migracion del mismo, por lo que se desestima dicho item, la segunda oferta correspondiente a la empresa DROGUEPAR S.A. no presenta muestra por lo que es indispensable para la evaluacion segun nota de la empresa DROGUEPAR S.A. no cuentan en existencia y recien lo tendran en 21 dias lo cual es inapcetable por lo que se desestima dicho item, , se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa JCM PHARMA cumpliendo las especificaciones tecnicas y ser la siguiente mejor oferta | Silmag | Argentina |
| 127 | Catéter Peridural | Nº 25 de poliamida libre de latex, resistente a acodamientos. Radioopaco y marcados para reconocer el grado de penetración en todo momento. | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 128 | Cateter peridural | N° 19 de poliamida libre de latex, resistente a acodamientos. Radioopaco y marcados para | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | VYGON | COMUNIDAD EUROPEA |

**Abog. Pedro A. Santander**
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Dra. María Del Rocio Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | reconocer el grado de penetración en todo momento. | | | | |
| 129 | Cateter peridural | N° 20 de poliamida libre de latex, resistente a acodamientos. **Radiopaco y marcados para reconocer el grado de penetración en todo momento.** | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item **por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"** | | |
| 130 | Cateter Umbilical Arterial | **3,5 Fr 1 lumen. Poliuretano,** extremo distal abierto y redondeado, graduado cada cm, radiopaco, conector tipo luer lock, tapa en extremo proximal | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Silmag | Argentina |
| 131 | Cateter Umbilical Arterial | 3,5 Fr 2 lumen. Poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, graduado cada cm, radiopaco, conector tipo luer lock, tapa en extremo proximal | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Silmag | Argentina |
| 132 | Cateter Umbilical Arterial | 5 Fr 1 lumen. Poliuretano, extremo distal abierto y redondeado, graduado cada cm, radiopaco, **conector tipo luer lock, tapa en extremo proximal** | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Silmag | Argentina |
| 133 | Cateter Umbilical Arterial | **5 Fr 2 lumen. Poliuretano, extremo distal abierto y redondeado.** graduado cada cm, radiopaco, conector tipo luer lock, tapa en extremo proximal | JCM PHARMA | **Se recomienda la adjudicacion a la empresa por** cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Silmag | Argentina |
| 134 | Cateter Umbilical Venoso | 3,5 Fr 1 lumen. Poliuretano, extremo distal cerrado y orificios laterales, graduado cada cm, radiopaco, conector tipo luer lock, tapa en extremo proximal | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Silmag | Argentina |
| 135 | Cateter Umbilical Venoso | 5 Fr 1 lumen. Poliuretano, extremo distal cerrado y orificios laterales, graduado cada cm, radiopaco, conector tipo luer lock, tapa en extremo proximal | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Silmag | Argentina |
| 136 | Cateter Umbilical Venoso | 3,5 Fr 2 lumen. Poliuretano, extremo distal cerrado y orificios laterales, graduado cada cm, **radiopaco, conector tipo luer lock, tapa en extremo proximal** | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor **oferta** | Silmag | Argentina |
| 137 | Cateter Umbilical Venoso | **5 Fr 2 lumen. Poliuretano, extremo distal cerrado y orificios laterales,** graduado cada cm, radiopaco, conector tipo luer lock, tapa en extremo proximal | JCM PHARMA | **Se recomienda la adjudicacion a la empresa por** cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | silmag | Argentina |
| 138 | Cateter Venoso Central | Pediatrico. Flexible, silicona 100%, radio opaco con extremo abierto, mangos de dacron Permanente, **P/quimioterapia** debe incluir las agujas | NELSON ARCOS S.R.L. | La primera oferta correspondiene a la firma MAKRI S.A. no cumple conlas especificaciones tecnicas requeridas en el PBC, la muestra presenta adulto para quimioterapia y lo solicitado es pediatrico, de acuerdo al articulo 30 inc. b de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se procede la evaluacion a la segunda oferta correspondiente a la empresa NELSON ARCOS que cumple con las especificaciones tecnicas en el PBC y ser la siguiente mejor oferta. | Bard Port - | USA |
| 139 | Catéter Venoso p/ Via Central Adulto | Compatible para técnica de Seldinger, 6 Fr, 2 Lumen. Poliuretano, radiopaco con guia, con dilatador venoso y aguja introductoria | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | ARROW | MEXICO/USA |
| 140 | Catéter Venoso p/ Via Central Adulto | Compatible para técnica de Seldinger, 7 Fr, 2 Lumen. Poliuretano, radiopaco con guia, con dilatador venoso y aguja introductoria | DROGUEPAR S.A. | La primera oferta correspondiente a la firma PROSALUD con la marca comercial FORNIA 7 Fr. 2 lumen al realizar la prueba se constata que la guia metalica se adhiere al cateter dificultando su extraccion corriendo el reisgo que el cateter se corte prouduciendo la migracion del mismo, por lo que se recomienda desestimar dicha oferta, se procede a **evaluar la siguiente oferta correspondiente a la oferta DROGUEPAR S.A. que cumple con las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta** | ARROW | MEXICO/USA |
| 141 | Catéter Venoso p/ Via Central Adulto | **Compatible para técnica de** Seldinger, 7 Fr, 3 Lumen. Poliuretano radiopaco con guia, con dilatador venoso y aguja introductoria | DROGUEPAR S.A. | **La primera oferta correspondiente a la firma** PROSALUD con la marca comercial FORNIA 7 Fr. 3 lumen al realizar la prueba se constata que la guia metalica se adhiere al cateter dificultando su extraccion corriendo el reisgo que el cateter se corte prouduciendo la migracion del mismo, por lo que se desestimar dicha oferta, La segunda oferta correspondiente a la firma MAKRI S.A. con la marca comercial TRILUM KFF 7 Fr. 3 lumen al realizar la **prueba se constata que la guia metalica se adhiere al cateter dificultando su extraccion corriendo el reisgo que el cateter se corte prouduciendo la migracion del mismo, por lo que se desestimar dicha ofertas, La** tercera oferta correspondiente a la firma SCARPE S.R.L. con la marca comercialSURU MEDICAL 7 Fr. 3 lumen al realizar la prueba se constata que la guia metalica se adhiere al cateter dificultando su extraccion corriendo el reisgo que el cateter se corte prouduciendo la migracion del mismo, por lo que se desestimar dicha ofertas, La cuarta oferta correspondiente a la firma DORLAND S.A. con la marca comercial POLYMED 7 Fr. 3 lumen al realizar la **prueba se constata que la guia metalica se adhiere al cateter dificultando su extraccion corriendo el reisgo que el cateter se corte prouduciendo la migracion del mismo, por lo que se desestimar dicha ofertas, Seprocede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la oferta DROGUEPAR S.A. que cumple con las especificaciones tecnicas y ser la siguiente mejor oferta** | ARROW | MEXICO/USA |

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Dra. María Del Rocio Bogado Benitez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

LIC. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD

**LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010**
**"ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389**

***DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Catéter Venoso p/ Vía Central Pediatrico | Compatible para técnica de Seldinger, 4 Fr, 2 Lumen. Poliuretano, radiopaco con guia, con dilatador venoso y aguja introductoria | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | La primera oferta correspondiente a la firma PROSALUD con la marca comercial FORNIA 4 Fr. 2 lumen al realizar la prueba se constata que la guia metalica se adhiere al cateter dificultando su extraccion corriendo el reisgo que el cateter se corte prouduciendo la migracion del mismo por lo que se recomienda desestimar dicho ítem, seprocede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la oferta DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. que cumple con las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | Becton, Dickinson | USA |
| 143 | Catéter Venoso p/ Vía Central Pediatrico | Compatible para técnica de Seldinger, 4 Fr, 3 Lumen. Poliuretano, radiopaco con guia, con dilatador venoso y aguja introductoria | DROGUEPAR S.A. | La primera oferta correspondiente a la firma MACRI. 4,5 Fr.cateter de 2 lumen al realizar la prueba se constata que la guia metalica se adhiere al cateter dificultando su extraccion corriendo el reisgo que el cateter se corte prouduciendo la migracion del mismo, la segunda oferta correspondiente a la firma NELSON ARCOS S.R.L. 4,5 Fr.cateter de 2 lumen al realizar la prueba se constata que la guia metalica se adhiere al cateter dificultando su extraccion corriendo el reisgo que el cateter se corte prouduciendo la migracion del mismo por lo que se desestima la oferta, se proce a evaluar la siguiente oferta correspodniente a la empresa DROGUEPAR S.A.por cumplir las especificaciones tecnicas y ser l asiguiente oferta | ARROW | MEXICO/USA |
| 144 | Catéter Venoso p/ Vía Central Pediatrico | Compatible para técnica de Seldinger, 4,5 Fr, 3 Lumen. Poliuretano, radiopaco con guia, con dilatador venoso y aguja introductoria | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L. | La primera oferta correspondiente a la firma MACRI. 4,5 Fr.cateter de 3 lumen al realizar la prueba se constata que la guia metalica se adhiere al cateter dificultando su extraccion corriendo el reisgo que el cateter se corte prouduciendo la migracion del mismo por lo que se recomienda desestimar dicho ítem, la segunda oferta correspondiente a la firma NELSON ARCOS S.R.L. 4,5 Fr.cateter de 3 lumen al realizar la prueba se constata que la guia metalica se adhiere al cateter dificultando su extraccion corriendo el reisgo que el cateter se corte prouduciendo la migracion del mismo por lo que se recomienda desestimar dicho ítem, se proce a evaluar la siguiente oferta correspodniente a la empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L. que cumple las especificaciones tecnicas y ser l asiguiente oferta | VYGON | COMUNIDAD EUROPEA |
| 145 | Catéter Venoso p/ Vía Central Pediatrico | Compatible para técnica de Seldinger, 4,5 Fr, 2 Lumen. Poliuretano, radiopaco con guia, con dilatador venoso y aguja introductoria | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L. | La primera oferta correspondiente a la firma MACRI. 4,5 Fr.cateter de 2 lumen al realizar la prueba se constata que la guia metalica se adhiere al cateter dificultando su extraccion corriendo el reisgo que el cateter se corte prouduciendo la migracion del mismo por lo que se recomienda desestimar dicho ítem, la segunda oferta correspondiente a la firma NELSON ARCOS S.R.L. 4,5 Fr.cateter de 2 lumen al realizar la prueba se constata que la guia metalica se adhiere al cateter dificultando su extraccion corriendo el reisgo que el cateter se corte prouduciendo la migracion del mismo por lo que se recomienda desestimar dicho ítem, se proce a evaluar la siguiente oferta correspodniente a la empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L. que cumple las especificaciones tecnicas y ser l asiguiente oferta | VYGON | COMUNIDAD EUROPEA |
| 146 | Catéter Venoso p/ Vía Central Pediatrico | Compatible para técnica de Seldinger, 5 Fr, 2 Lumen. Poliuretano, radiopaco con guia, con dilatador venoso y aguja introductoria | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | La primera oferta correspondiente a la firma PROSALUD 5 Fr.cateter de 2 lumen al realizar la prueba se constata que la guia metalica se adhiere al cateter dificultando su extraccion corriendo el reisgo que el cateter se corte prouduciendo la migracion del mismo por lo que se recomienda desestimar dicho ítem, La segunda oferta correspondiente a la firma MAKRI 5 Fr.cateter de 2 lumen al realizar la prueba se constata que la guia metalica se adhiere al cateter dificultando su extraccion corriendo el reisgo que el cateter se corte prouduciendo la migracion del mismo por lo que se recomienda desestimar dicho, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. que cumple las especificaciones tecnicas y ser la siguiente mejor oferta | Becton, Dickinson | USA |
| 147 | Catéter Venoso p/ Vía Central Pediatrico | Compatible para técnica de Seldinger, 5 Fr, 3 Lumen. Poliuretano, radiopaco con guia, con dilatador venoso y aguja introductoria | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | La primera oferta correspondiente a la firma MACRI. con la marca comercial KFF 4,5 Fr.cateter de triple lumen al realizar la prueba se constata que la guia metalica se adhiere al cateter dificultando su extraccion corriendo el reisgo que el cateter se corte prouduciendo la migracion del mismo, por lo que se desestima la oferta pasando a la siguiente oferta, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. que cumple las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | Becton, Dickinson | USA |
| 148 | Cepillitos para lavado de mano con iodopovidona | con esponja embebida con iodopovidona | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Cirurgica Brasil | Brasil |
| 149 | Cepillo vaginal | de cerda dura y bulbo protector en la punta | SALUMAX S.A. | La primera oferta correspondiene a la firma ENDOTERAPIA S.R.L. no cumple conlas especificaciones tecnicas requeridas en el PBC, la muestra no presenta bulbo protector en la punta por lo que se recomienda desestimar dicho ítem, la segueda oferta correspondiente a la CHACO INTERNACIONAL S.A. no cumple con las especificaciones tecnicas al no presentar el bulbo protector en la punta por lo que se desestimar dicho ítem, la tercera oferta correspodniente a la empresa HOSPITALAR S.A. no cumple las especificaciones tecnicas al no presentar el bulbo protector en la punta, de acuerdo al articulo 30 inc. b de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se procede la evaluacion a la siguiente oferta correspondiente a la empresa SALUMAX que cumple con las especificaciones tecnicas en el PBC y ser la siguiente | Medical Engineering Corporation S.A. | Unidad |

Dra. María Del Rocio Bogado Benitez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Nacional de Medicamentos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro Sanfandel
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

# LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389

## *DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | oferta. | | |
| 150 | Cera para Hueso | W31G. Cera para hueso universal x 2,5 gramos como minimo. Esteril ( corresponde a 70% de cera blanca de abeja y vaselina 30%) | CIRUMED | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | BRASUTURE | BRASIL |
| 151 | Testigos de esterilización para autoclave | de papel para esterilizacion autoclave | SCARPE S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | EFELAB | ARGENTINA |
| 152 | Cinta testigo para calor seco | Calor Sero Rollo | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | TROPAK | ARGENTINA |
| 153 | Cinta testigo para calor humedo | para autoclave | HOSPITALAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | NEVE | BRASIL |
| 154 | Cinta testigo para calor humedo | Para calor humedo (Autoclave), adhesivas papel semi crepado, en rollo minimo x 50 metros. | HOSPITALAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | NEVE | BRASIL |
| 155 | Cinta testigo para estufa calor seco | para estufa | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | TROPAK | ARGENTINA |
| 156 | Circuito para CPAP nasal neonatal | N° 0 con gorrito canula nasal y corrugado | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HUDSON | MEXICO |
| 157 | Circuito para CPAP nasal neonatal | N° 1 con gorrito canula nasal y corrugado | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HUDSON | MEXICO |
| 158 | Circuito para CPAP nasal neonatal | N° 2 con gorrito canula nasal y corrugado | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HUDSON | MEXICO |
| 159 | Circuito para CPAP nasal neonatal | N° 3 con gorrito canula nasal y corrugado | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HUDSON | MEXICO |
| 160 | Circuito para CPAP nasal neonatal | N° 4 con gorrito canula nasal y corrugado | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HUDSON | MEXICO |
| 161 | Circuito para CPAP nasal neonatal | N° 5 con gorrito canula nasal y corrugado | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HUDSON | MEXICO |
| 162 | Circuito para maquina de anestesia | Adulto, corrugado | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | DCD | ARGENTINA |
| 163 | Circuito para maquina de anestesia | Pediátrico, corrugado | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | DCD | ARGENTINA |
| 164 | Circuito para respirador adulto | Adulto. Universal. Con conexiones adecuadas, 2 trampas de agua para el respirador. Descartable | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | La primera oferta correspondiente a la empresa DROGUEPAR S.A. se realizo la prueba con el equipo y no es compatible con el Respirador Newport 360 por lo que se recomienda desestimar dicha oferta, se procede a evaluar la siguiente ofeta correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. que cumple con las especificaciones tecnicas y ser la siguiente mejor oferta | HUDSON/MEXICO | MEXICO |
| 165 | Circuito para respirador pediatrico | Neonatal con conexiones 2 trampas de agua y camara humidificadora, adecuadas para el respirador. Descartable | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | La primera oferta correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. no cumple con las especificaciones tecnicas, no presenta camara humidificadora, Se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa Distribuidora Yparacarai S.A. que cumple con als especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | Fisher & Paykel | NUEVA ZELANDA |
| 166 | Circuito para respirador pediatrico | Neonatal. Universal. Con conexiones adecuadas 2 trampas de agua y camara humidificadora para respirador. Descartable | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | La primera oferta correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. no cumple con las especificaciones tecnicas, no presenta camara humidificadora por lo que se recomienda desestimar dicho item, Se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. que cumple con als especificaciones tecnicas y ser la siguiente mejor oferta | Fisher & Paykel | NUEVA ZELANDA |
| 167 | Circuito para respirador pediatrico | Pediatrico. Universal. Con conexiones adecuadas 2 trampas de agua para el respirador. Descartable | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HUDSON | MEXICO |
| 168 | Circuito para respirador pediatrico | Neonatal. Universal. Con conexiones adecuadas, 2 trampas de agua y camara humidificadora para respirador, Rehusable | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 169 | Clorhexidina jabon | de 2 al 4 % | HOSPITALAR S.A. | La primera empresa correspondiente a la empresa AQUA FREE no cumple con tas especificaciones tecnicas presenta envase x 250 ml y lo solicitado es de 500 ml como minimo por lo que se recomienda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspodniente a la empresa HOSPITALAR S.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la siguienteoferta | SERTEX | ARGENTINA |
| 170 | Colector de orina | Sistema colector de orina cerrado con válvula de no retorno.Bolsa de 2000 cc de capacidad y valvula antireflujo. Con urinometro | NELSON ARCOS S.R.L. | la primera oferta correspodniente a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. no cumple con las especificaciones tecnicas no tiene urinometro solo presenta bolsa comun por lo que se recomienda desestimar dicho item, la segunda oferta correspondiente a la empresa DIEST MEDICINAL no presenta muestra por lo que es indispensable para la evaluacion por lo que se recomienda desestimar dicho item , la tercera oferta correspondiente a la empresa DORLAND S.A. no presenta muestra por lo que es indispensable para la evaluacion por lo que se recomienda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa NELSON ARCOS S.R.L. que cumple las especificaciones tecnicas y ser la siguiente mejor oferta. | Kendall | Mexico |

Dra. María Del Rocio Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

**LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010**
**"ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389**
***DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Colector de orina | Sistema colector de orina cerrado con válvula de no retorno.Bolsa de 1000 cc de capacidad y valvula antireflujo.con urinometro | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | La primera oferta correspondiente a la empresa ARGON S.R.L. no presenta muestra por lo cual es fundamental para la evalaucion por lo que se recomienda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspodneinte a la empresa correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. que cumple con las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | PREMIUM | TAIWAN |
| 172 | Colector de orina para analisis | Pediátrico - Niñas, Material plástico, descartable | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Shangai Channelmed | China |
| 173 | Colector de orina para analisis | Pediátrico - Varones, Material plástico, descartable | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Shangai Channelmed | China |
| 174 | Niples con conexion diss | conector de oxigeno central a rosca de 24 mm a 6 mm | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | HUDSON | USA/MEXICO |
| 175 | Conexión interfase para Monitor Cardiaco | Cable interfase para saturación de oxigeno con sensor incluido | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Biogenesis | URUGUAY |
| 176 | Conexión interfase para Monitor Cardiaco | Cable interfase para Electrocardiograma (ECG) con latigillos | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Philips | USA |
| 177 | Conexión interfase para Monitor Cardiaco | Cable interfase para Electrocardiograma (ECG) con latigillo de 3 piezas | CATETERES & AFINES | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | APK Technologies | China |
| 178 | Conexión interfase para Monitor Cardiaco | Cable interfase para Electrocardiograma (ECG) con latigillo de 3 piezas | CATETERES & AFINES | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | APK Technologies | China |
| 179 | Conexión interfase para Monitor Cardiaco | Cable interfase para Electrocardiograma (ECG) con latigillo de 3 piezas | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Philips | USA |
| 180 | Conexión interfase para Monitor Cardiaco | Cable interfase para Electrocardiograma (ECG) con latigillo de 3 piezas | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Choice | China P.R. |
| 181 | Conexión interfase para Monitor Cardiaco | Cable interfase para Electrocardiograma (ECG) | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Philips | USA |
| 182 | Conexión interfase para Monitor Cardiaco | Cable interfase para Electrocardiograma (ECG) con latigillo de 3 piezas | CATETERES & AFINES | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | APK Technologies | China |
| 183 | Conexión interfase para Monitor Cardiaco | Cable interfase para Electrocardiograma (ECG) con latigillo de 3 piezas | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 184 | Conexión interfase para Monitor Cardiaco | Cable interfase para presion no invasiva | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Philips | USA |
| 185 | Conexión interfase para Monitor Cardiaco | Cable interfase para saturacion de oxigeno con sensor incluido | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Publicas" | | |
| 186 | Contenedor para objetos corto punzantes | 13 Litros - Cartón / Descartable, resistente | DIEST MEDICINAL | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | DESCARBOX - SUMED S.R.L. | PARAGUAY |
| 187 | Control de esterilizacion Liquido | Indicador biologico para oxido de Etileno ampolla plástica con tapa | SIEGEN | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Bionova | Argentina |
| 188 | Control de esterilizacion Liquido | Indicador biologico p/auto clave a vapor(la oferta debe incluir incubadoras) | SIEGEN | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Bionova | Argentina |
| 189 | Curetas Dermatologicas | Pequeña - Esteriles | CATETERES & AFINES | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Miltex | EEUU |
| 190 | Curetas Dermatologicas | Redonda - Esteriles | CATETERES & AFINES | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Miltex | EEUU |
| 191 | Curetas Dermatologicas | Ovalada - Esteriles | CATETERES & AFINES | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Miltex | EEUU |
| 192 | Detergente liquido p/ vidriera y elem. de laborat. | Detergente desinfectante. Indicados para paredes, suelos y superficies composición: Cualitativa N-(3-aminopropil)-N-deodecilpropano-1,3-diamina-CAS Nº 2372-82-9 (mg/g), cloruro de didecildimitilmonio-CASNº 7173-51-5(25mg/g), agentes secuestrante, tensoactivos no iónicos, perfume y colorantepropiedades microbiologicas y bactericidas. | HOSPITALAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | OLEAK | BRASIL |
| 193 | Detergente liquido p/ vidriera y elem. de laborat. | Detergente desinfectante p/dispositivos médicos. Liquido,Concentración: Propionato de amonio cuaternario, para eliminar todo tipo de germenes bactericidas | SALUMAX S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Laboratorios Anios | Argentina/Francia |
| 194 | Detergente multienzimático | (No Ionico) para limpieza de Instrumental quirúrgico.Proteasa+Amilasa (como minimo) Solución limpiadora, para eliminar todo tipo de germenes bacterizidas | SALUMAX S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Laboratorios Anios/ Anios America | Argentina/Francia |
| 195 | Detergente multienzimático | Detergente Trienzimatico P/instrumental mèdico quirurgico no ionico. Liq.Con: Proteasa, lipasa, amilasa+tensioactivos, para eliminar todo tipo de germenes bacterizidas | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | RIOQUIMICA/BRASIL | BRASIL |
| 196 | Dispositivo de punción con graduador | cutánea de profundidad y expulsador automático de lancetas | IMPORTADORA EUROAMERICANA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | BD | BRASIL/ARGENTINA/USA/MEXICO |
| 197 | Dosificador de gota | de soluciones parenterales. Regulable, esteril debe ser completo c/ macrogotero y linea | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Soveta | ITALIA |

Dra. María Del Rocio Bogado Bonifacio
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Electrodos Adulto | **multifunción, con hidrogel p/ monitor cardiaco** | **DESIERTO** | **Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"** | | |
| 199 | Electrodos Adulto | con gel y facilitador y adhesivo | LA CASA DEL MEDICO | **Se recomienda la adjudicacion a la empresa por** cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Conmed | USA |
| 200 | Electrodos Neonatal | multifunción, con hidrogel y cable p/ monitor cardiaco | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | La primera oferta correspondiente a la Empresa NELSON ARCOS S.R.L. con la marca KENDALL, al realizar la prueba la amplitud de la onda no permite una buena monitorizacion en D II por lo que se recomienda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspodniente a la empresa DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. que cumple las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | Philips | USA |
| 201 | Electrodos Neonatal | con gel y facilitador y adhesivo, tamaño acorde para recien nacidos. | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | SKINTAK/AUSTRIA | AUSTRIA |
| 202 | Electrodos Pediatrico | multifunción, con hidrogel y cable p/ monitor cardiaco | LA CASA DEL MEDICO | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Conmed | USA |
| 203 | Electrodos pediatrico | con gel y facilitador y adhesivo | IMPORTADORA EUROAMERICANA | La primera oferta correspondiente a la Empresa Ventas Paraguaya S.A.E.C.A con la marca SKINTAK, al realizar la prueba, la amplitud de la onda no permite una buena monitorizacion en D II, la segunda empresa correspondiente a la Empresa Compañia Quimica Vicente Scavone con la misma marca presenta la misma dificultad anteriormente citado, se procede al la evaluacion de la tercera oferta correpondiente a la **Empresa Importadora Euroamericanay la cual ofrece buena onda con buena amplitud en DII por lo que se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la tercera oferta** | 2223 - 3M | USA/KOREA/POLONIA/ ALEMANIA/CANADA/C HINA/FRANCIA/BRASIL/ ARGENTINA |
| 204 | Equipo volutrol macrogotero | Macrogotero. Bureta graduada flexible de minimo de 120 ml, válvula de cierre, filtro de soluciones, respiro lateral, clamp, protector de espiga, cámara de llenado o gotero, libre de pirógenos | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | PREMIUM/CHINA | CHINA |
| 205 | Equipo volutrol microgotero | Microgotero. Bureta graduada flexible minimo 120 ml, válvula de cierre, filtro de soluciones, respiro lateral, clamp, protector de espiga, cámara de llenado o gotero, libre de pirógenos, descartable | DIEST MEDICINAL | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | FUMED / GREETMED / ZIBO | CHINA |
| 206 | Equipo macrogotero | Macrogotero Longitud minima 1,40 m con conexión a rosca, inyector lateral, libre de latex y envoltorio de papel grado médico | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Conffidel / Shangai Channelmed | CHINA |
| 207 | Equipo de transfusion con filtro | Equipo Perfusor para Hemoderivados. Macrogotero. Longitud minima 1,40 Mts. con conexión a rosca, inyector lateral, libre de látex y envoltorio de papel grado médico, con filtro | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Conffidel / Shangai Channelmed | CHINA |
| 208 | Equipo microgotero | Microgotero Longitud minima 1,40 m con conexión a rosca, inyector lateral libre de latex y envoltorio de papel grado medico | DIEST MEDICINAL | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | FUMED / GREETMED | CHINA |
| 209 | Esfigmomanometro o tensiometro | Adulto.Construccion de acuerdo a las normas internacionales. Manometro tipo reloj con indicacion analogica de facil lectura. Purga de aire con dispositivo regulador de la velocidad de salida del aire. Sistema de manguera que comunique el brazalete con el manometro. Pera de inflado de goma resistente y de alta elasticidad. Brazalete adulto con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida con cierre tipo velcro lavable hasta una temperatura de 60 grado centigrado. Estuche de **palstico de facil lavado y desifeccion. Principio de medicion por metodo Riva-Rocci y Korotkoff. Partes metalicas cromadas. Rango de *medicion de 0 a 300 mmHg.*** | CIRUMED | La primera oferta correspondiene a la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. no cumple conlas especificaciones tecnicas requeridas en el PBC, al realizarse la prueba se constacta el deslizamiento de la camara de aire fuera del frazal lo que ocasionaria una falsa medicion de la presion arterial que podria ocasinar riesgo al paciente, de acuerdo al articulo 30 inc. b de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se procede la evaluacion a la siguiente oferta correspondiente a la empresa CIRUMED que cumple con las especificaciones tecnicas en el PBC y ser la **siguiente mejor oferta.** | MAC CHECK | JAPON |
| 210 | Esfigmomanometro o tensiometro | Extra grande. Construccion de acuerdo a las normas internacionales. Manometro tipo reloj con indicacion analogica de **facil lectura. Purga de aire con dispositivo regulador de la velocidad de salida del aire. Sistema de *manguera que comunique el*** brazalete con el manometro. Pera de inflado de goma resistente y de alta elasticidad. Brazalete adulto extra grande con bolsa de goma y **funda de tejido de poliamida con cierre tipo velcro lavable hasta una temperatura de 60 grado centigrado. Estuche de palstico de facil lavado y desifeccion. Principio de medicion por metodo Riva-Rocci y Korotkoff. Partes metalicas cromadas. Rango de medicion de 0 a 300 mmHg.** | CIRUMED | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | MAC CHECK | JAPON |

Dra. María Del Pilar Bogado Bogarin
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

**LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010**
**"ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389**
***DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Esfigmomanometro o tensiometro | Pediatrico. Construccion de acuerdo a las normas internacionales. Manometro tipo reloj con indicacion analogica de facil lectura. Purga de aire con dispositivo regulador de la velocidad de salida del aire. Sistema de manguera que comunique el brazalete con el manometro. Pera de inflado de goma resistente y de alta elasticidad. Brazalete pediatrico con bolsa de goma y funda de tejido de poliamida con cierre tipo velcro lavable hasta una temperatura de 60 grado centigrado. Estuche de plastico de facil lavado y desifeccion. Principio de medicion por metodo Riva-Rocci y Korotkoff. Partes metalicas cromadas. Rango de medicion de 0 a 300 mmHg. | CIRUMED | La primera oferta correspondiene a la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. no cumple conlas especificaciones tecnicas requeridas en el PBC, la muestra presenta corresponde a adulto y lo solicitado es pediatrico, de acuerdo al articulo 30 inc. b de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se procede la evaluacion a la siguiente oferta correspondiente a la empresa CIRUMED que cumple con las especificaciones tecnicas en el PBC y ser la siguiente mejor oferta. | MAC CHECK | JAPON |
| 212 | Esparadrapo | Adhesión Fuerte (Tela adhesiva de adhesión fuerte) 7,5 cm X 4,5 mts.como minimo | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | La primera oferta correspondiente a la empresa PROSALUD PHARMSA no cumple con las especificaiones tecnicas al no ser de una adhesion fuerte por lo que se recomienda desestimar dicho item, la siguiente oferta correspodniente a la empresa CHACO INTERNACIONAL no cumple con las espeicificaciones tecnicas no presenta una adhesion fuerte por lo que se recomienda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONCE C.I.S.A.que cumple las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | RIASA HIPOALERGIC | ARGENTINA |
| 213 | Espatula para patologia cervical | DE AYRE de madera, con hendidura de aera de uso bien cabado, inextensible y atraumatica | DIEST MEDICINAL | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | FUMED / GREETMED | CHINA |
| 214 | Especulo Vaginal Chico | 9,6 x 2,8 cm., Plastico de optima calidad, Rosca de rápida apertura., Envase individual esterilizado por Oxido de Etileno., Mango angular., Validez 2 años en óptimas condiciones de almacenamiento., Perfecta transparencia., Descartable, de uso único., o medidas similares que no difieran en mayores rangos | HOSPITALAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | ADLIN/VAGISPEK | BRASIL |
| 215 | Especulo Vaginal Grande | 11x3,5 cm. Plastico de optima calidad, Rosca de rápida apertura., Envase individual esterilizado por Oxido de Etileno., Mango angular., Validez 2 años en óptimas condiciones de almacenamiento., Perfecta transparencia., Descartable, de uso único., o medidas similares que no difieran en mayores rangos | HOSPITALAR S.A. | La primera oferta correspondiene a la firma VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. no cumple conlas especificaciones tecnicas requeridas en el PBC, no presenta rosca de rapida apertura, de acuerdo al articulo 30 inc. b de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se procede la evaluacion a la segunda oferta correspondiente a la empresa que cumple con las especificaciones tecnicas en el PBC y ser la siguiente mejor oferta. | ADLIN/VAGISPEK | BRASIL |
| 216 | Especulo Vaginal Mediano | 10,5x3 cm., Plastico de optima calidad, Rosca de rápida apertura., Envase individual esterilizado por Oxido de Etileno., Mango angular., Validez 2 años en óptimas condiciones de almacenamiento., Perfecta transparencia., Descartable, de uso único., o medidas similares que no difieran en mayores rangos | HOSPITALAR S.A. | La primera oferta correspondiene a la firma VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. no cumple conlas especificaciones tecnicas requeridas en el PBC, no presenta rosca de rapida apertura, de acuerdo al articulo 30 inc. b de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se procede la evaluacion a la segunda oferta correspondiente a la empresa que cumple con las especificaciones tecnicas en el PBC y ser la siguiente mejor oferta. | ADLIN/VAGISPEK | BRASIL |
| 217 | Esponja de Gelatina absorvible | *mínimo 7 cm x 5 cm x 1 cm* ( se solicitan de origen biologico y se aceptaran con diferencia de 0,5 cm en las medidas) | P&H PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | ASSUT EUROPE | ITALIA |
| 218 | Extensor polifix | de 220 cm a 150 cm de diametro reducido para infusion endovenoso | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | BBRAUN | ALEMANIA |
| 219 | Filtro para Ventilador Pulmonar | Filtro antibacteriano con humidificador para circuito de asistencia respiratoria adultos, destinado a uso en ventiladores mecanicos. Con sistema de conección bidireccional. Libre de látex, estéril, descartable | DORLAND S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | JUMBO | CHINA |
| 220 | Filtro para Ventilador Pulmonar | Filtro antibacteriano con humidificador para circuito de asistencia respiratoria pediátrico, destinado a uso en ventiladores mecanicos. Con sistema de conección bidireccional. Libre de látex, estéril, descartable | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | GIBECK | MALASIA |
| 221 | Filtro para Ventilador Pulmonar | Filtro antibacteriano destinado a uso en ventiladores mecanicos, descartable, con sistema de conexión | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | GIBECK | MALASIA |
| 222 | Filtro para Ventilador Pulmonar | Filtro antibacteriano | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | LA primera oferta correspodneinte a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. la muestra presentada no es compatible con el equipo por lo que se recomienda desestimar dicha oferta, se procede a evaluar la siguiente correspodneinte a la empresa DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. que cumple con las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | Viasys | USA |
| 223 | Flujometro de oxigeno | Flujometro a rosca | SCARPE S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | PROTEC | BRASIL |
| 224 | Flujometro de oxigeno | Flujometro de encastre rapido | DESIERTO | La unica oferta correpondiente a la empresa ARGONS S.R.L. no presenta muestra en tiempo y forma lo que es fundamental para la evaluacion del producto por lo que se recomienda desestimar dicho item | | |
| 225 | Frasco para drenaje | acrilico, 1000 c.c. con tapa y tubos | VENTAS | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por | CROSA | URUGUAY |

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Gestión
Nacional de Medicamentos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Dra. Laura Sanchez
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD

# LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389

## *DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | conectores de No. 30 | PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | | |
| 226 | Frasco para drenaje | de acrilico, 2000 c.c. con tapa y tubos conectores de No. 36 | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CROSA | URUGUAY |
| 227 | Frasco para drenaje | 500 c.c. con tapa y tubos conectores. acrilico, | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CROSA | URUGUAY |
| 228 | Gasa de Algodón | Algodón 100%, rectilinea doblada en zigzag. Paq.0,90 Mt x 40 Mt como minimo. De 16 hebras x CC como minimo | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | La primera oferta correspodneinte a la empresa GRUPO MULTICOMP S.A. se recomienda desestimar a dicha empresa según Nota DPRUM N° 145/2010 donde dicen que por problemas en los tramites de legalizacion del documento, no hemos podidos hacer entrega dentro del plazo solicitado, de la "Constacia de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio nacional, emanado por el departamento de Control de Profesiones de Salud y Afines del MSPBS", la segunda oferta correspondiente a la empresa DIEST MEDICINAL no cumple las especificaciones tecnicas al oferta la gasa de algodon por 0,80 cm y lo solicitado es 0,90 como minimo, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. que cumple las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | PREMIUM | CHINA |
| 229 | Gasa esteril | Furacinada, envase individual - Medida 10cm x 10 cm (minimo) | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 230 | Gasa Hidrófila | 0,90 mts x 40 metros como minimo, doblada en zigzag, con trama de entre 15 y 18 hilos por pulgada.- | DIEST MEDICINAL | La primera oferta correspodneinte a la empresa GRUPO MULTICOMP S.A. se recomienda desestimar a dicha empresa según Nota DPRUM N° 145/2010 donde dicen que por problemas en los tramites de legalizacion del documento, no hemos podidos hacer entrega dentro del plazo solicitado, de la "Constacia de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio nacional, emanado por el departamento de Control de Profesiones de Salud y Afines del MSPBS, se procede a evaluar la siguiente oferta correspodneinte a la empresa DIEST MEDICINAL POR cumplir las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta. | SUMED S.R.L. | PARAGUAY |
| 231 | Gel p/ Electrocardiógrafo | envase de 400 gr minimo | SALUMAX S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Salumax S.A./ Carbomed/ Carbogel | Paraguay |
| 232 | Goma para drenaje | Nº 1/7 estéril | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 233 | Gorro desechable | Estéril, descartable, Para uso en Quirófanos y proteccion en procedimientos | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Confidel / Shangai Channelmed | CHINA |
| 234 | Guante de Procedimiento | Pequeño, Hipoalergénico, de latex resistente. Resistente a la prueba de la calza (oferta es por unidad) Presentacion en caja | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | NUGARD KEVEMOLL TERAND NUSA/C.M.L. S.Q.L./NIPRO | MALASIA/URUGUAY/CHINA JAPON/ CHINA USA/TAILANDIA/BRASIL |
| 235 | Guante de Procedimiento | Mediano, Hipoalergénico, de latex resistente. Resistente a la prueba de la calza(oferta es por unidad) Presentacion en caja | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | NUGARD KEVEMOLL TERAND NUSA/C.M.L. S.Q.L./NIPRO | MALASIA/URUGUAY/CHINA JAPON/ CHINA USA/TAILANDIA/BRASIL |
| 236 | Guante de Procedimiento | Grande, Hipoalergénico, de Latex resistente. Resistente a la prueba de la calza(oferta es por unidad) Presentacion en caja | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | NUGARD KEVEMOLL TERAND NUSA/C.M.L. S.Q.L./NIPRO | MALASIA/URUGUAY/CHINA JAPON/ CHINA USA/TAILANDIA/BRASIL |
| 237 | Guante quirurgico | de látex natural, espesor de 0,2 a 0,3 mm, antideslizante, óptima sensibilidad, N° 7 1/2 en pares, irrompible en la prueba de la calza (Ofertar pares de guantes dentro de cada envase esteril individual) | DORLAND S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | JUMBO | CHINA |
| 238 | Guante quirurgico | de látex natural, espesor de 0,2 a 0,3 mm, antideslizante, óptima sensibilidad, N° 7 en pares, irrompible en la prueba de la calza (Ofertar pares de guantes dentro de cada envase esteril individual) Es libre de polvo. Papel grado medico | DORLAND S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | JUMBO | CHINA |
| 239 | Guante quirurgico | de látex natural, espesor de 0,2 a 0,3 mm, antideslizante, óptima sensibilidad, N° 8 en pares, irrompible en la prueba de la calza (Ofertar pares de guantes dentro de cada envase esteril individual) Libre de polvo. Papel grado medico | DORLAND S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | JUMBO | CHINA |
| 240 | Hidroxido de calcio + Hidroxido de sodio (cal sodada) | Cal Sodada Granulado, 22 % | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 241 | Hilo de Kirshner | N° 3,5 | CIRUMED | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | ASCO | INDIA |
| 242 | Hilo para Sutura de Seda | N° 3-0 - 1/2 Circ. 17 mm., trenzada con Aguja Atraumática | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO por las tres ofertas correspondientes a las empresas VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A., COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE Y JUBE S.R.L. no soporta la fuerza de tiension | | |
| 243 | Hilo para Sutura acido poliglicólico | N° 3-0 - con aguja Atraumatica de acero inoxidable ahusada 1/2 Circ. 17,0 mm. +/- 1 mm | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | VITAL SUTURES UNILENE | PERU |
| 244 | Hilo para Sutura acido poliglicólico | Nº 4-0con aguja Atraumatica de acero inoxidable ahusada 1/2 Circ. 17,0 mm. +/- 1mm | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | VITAL SUTURES UNILENE | PERU |
| 245 | Hilo para Sutura acido poliglicólico | Nº 5-0con aguja Atraumatica de acero inoxidable ahusada 1/2 Circ. | JUBE | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor | ATRAMAT | MEXICO |

Dra. María Del Rocio Bogado Benitez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Nacional de Medicamentos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URRIETA
Dirección General de Gestión de Insumos Est

Dog. Pedro A. Santa
Asesor Jurídico

SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD

**LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010**
**"ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389**

*DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17,0 mm. +/- 1mm | | oferta | | |
| 246 | Hilo para Sutura acido poliglicólico | Nº 0 con aguja Atraumatica de acero inoxidable ahusada 1/2 Circ. 17,0 mm. +/- 1mm | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | VITAL SUTURES UNILENE | PERU |
| 247 | Hilo para Sutura acido poliglicólico | Nº 1 con aguja Atraumatica de acero inoxidable ahusada 1/2 Circ. 17,0 mm. +/- 1mm | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | VITAL SUTURES UNILENE | PERU |
| 248 | Hilo para sutura Algodón | N° 0. Algodón Multihebra con Aguja Atraumática | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO por las dos unicas ofertas corresondientes a las empresas NELSON ARCOS no soporta la fuerza de tiension | | |
| 249 | Hilo para sutura Algodón | N° 3-0. Algodon Multihebra con Aguja Atraumatica | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO por las dos unicas ofertas corresondientes a las empresas NELSON ARCOS no soporta la fuerza de tiension | | |
| 250 | Hilo para sutura Algodón | N° 0. Algodón Multihebra sin aguja | NELSON ARCOS S.R.L. | la primera fuerza de tiension no soporta, la segunda Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Polysuture | Brasil |
| 251 | Hilo para sutura Algodón | N° 3-0 Algodón , Multihebra sin aguja | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO por las dos unicas ofertas corresondientes a las empresas NELSON ARCOS , Y CIRUMED no soporta la fuerza de tiension | | |
| 252 | Hilo para sutura Algodón | N° 3-0 - 1/2 Circ. 24,0 mm +/- 1 mm. Aguja De acero inoxidable, lanceolada | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Polysuture | Brasil |
| 253 | Hilo para sutura de colageno absorbible cromado | hilo de origen biológico color marrón oscuro, c/ Aguja Atraumática de acero inoxidable, N° 0 aguja de 37 mm, ½ circulo | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | VITAL SUTURES UNILENE | PERU |
| 254 | Hilo para sutura de colageno absorbible cromado | hilo de origen biológico color marrón oscuro, c/ Aguja Atraumática de acero inoxidable, N° 1, aguja de 37 mm, ½ circulo | IMPORTADORA EUROAMERICANA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | VMG - VMG | CHINA |
| 255 | Hilo para sutura de colageno absorbible cromado | hilo de origen biológico color marrón oscuro, c/ Aguja Atraumática de acero inoxidable, N° 3-0 aguja de 26 mm como minimo, ½ circulo | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | VITAL SUTURES UNILENE | PERU |
| 256 | Hilo para sutura de colageno absorbible cromado | hilo de origen biológico color marrón oscuro, c/ Aguja Traumática de acero inoxidable, N° 0 aguja de 24 mm, ½ circulo | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | VITAL SUTURES UNILENE | PERU |
| 257 | Hilo para sutura de colageno absorbible cromado | hilo de origen biológico color marrón oscuro, c/ Aguja Traumática de acero inoxidable, N° 1 aguja de 24 mm, ½ circulo | IMPORTADORA EUROAMERICANA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | VMG - VMG | CHINA |
| 258 | Hilo para sutura de colageno absorbible simple | Atraumatica N° 1 aguja de 43 mm, como minimo, ½ circulo | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | VITAL SUTURES UNILENE | PERU |
| 259 | Hilo para sutura de colageno absorbible simple | Atraumatica N° 3-0 aguja de 26 mm, como minimo ½ circulo | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | VITAL SUTURES UNILENE | PERU |
| 260 | Hilo para sutura de colageno absorbible simple | Atraumaticaa N° 0 c/ aguja de 26 mm, como minimo ½ circulo de acero inoxidable | PROSALUD FARMA SA. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | D-TEK | CHIPRE |
| 261 | Hilo para sutura de colageno absorbible simple | N° 0 c/ aguja 37mm, ½ circulo Traumatica de acero inoxidable | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | VITAL SUTURES UNILENE | PERU |
| 262 | Hilo para Sutura de Nylon | N 4-0 - 3/8 Circ. 20 mm +/- 1mm Aguja de acero inoxidable, lanceolada | PROSALUD FARMA SA. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | D-TEK | CHIPRE |
| 263 | Hilo para Sutura de Nylon | N° 5-0 - 1/2 Circ. 20 mm +/- 1 mm. Aguja De acero inoxidable, lanceolada | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | VITAL SUTURES UNILENE | PERU |
| 264 | Hilo para Sutura de Nylon | 3-0, con aguja traúmatica de 24 mm como minimo ½ circulo | JUBE | La primera oferta correspondiente a la empresa COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE no cumple con las especificaciones tecnicas no soporta la fuerza de tension por lo que se recomienda desestimar dicho item, la segunda oferta correspondiente a la empresa CIRUMED no cumple con las especificaciones tecnicas porque no soporta la fuerza de tension por lo que se recomienda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspodniente a la empresa JUBE S.R.L. que cumple las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | ATRAMAT | MÉXICO |
| 265 | Hilo para Sutura de Nylon | 4-0, con aguja traúmatica de 19 mm, como minimo 3/8 circulo | IMPORTADORA EUROAMERICANA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | VMG - VMG | CHINA |
| 266 | Hilo para Sutura de Nylon | 5-0, con aguja traúmatica de 19 mm, como minimo 3/8 circulo | PROSALUD FARMA SA. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | D-TEK | CHIPRE |
| 267 | Hilo para sutura de seda | N° 3-0 con aguja, trensada , Atraumatica de acero inoxidable ahusada 1/2 circ. 17 mm. +/- 1mm | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO este item teniendo en cuenta que las dos ofertas presentadas por las empresas VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. Y JUBE S.R.L. no cumplen las especificaciones técnicas, considerando que según la prueba realizada consistente en realizar una tensión de forma manual, dichos productos no soportaron la minima tensión efectuada. | | |
| 268 | Hilo para sutura de seda | N° 4-0 con aguja, trensada, Atraumatica de acero inoxidable ahusada 1/2 circ. 17 mm. +/- 1mm | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO este item teniendo en cuenta que las dos ofertas presentadas por las empresas VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. Y JUBE S.R.L. no cumplen las especificaciones técnicas, considerando que según la prueba realizada consistente en realizar una tensión de forma manual, dichos productos no soportaron la minima tensión efectuada | | |
| 269 | Hilo para Sutura polipropileno | Nº 0 3/8 circ. 24 mm monofilamento - 45cm | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO este item teniendo en cuenta que las dos ofertas presentadas por las empresas VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. Y JUBE S.R.L. no cumplen las especificaciones técnicas, considerando que según la prueba realizada consistente en realizar una tensión de forma manual, dichos productos no soportaron la minima tensión efectuada | | |

Dra. María Del Rocio Bo[illegible]
Encargada
Dirección de Planifica[illegible]
Nacional de Medicamentos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santa[illegible]
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos E[illegible]

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | Hilo para Sutura polipropileno | Nº 2-0 3/8 circ. 24 mm monofilamento - 45cm | JUBE | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | ATRAMAT | MÉXICO |
| 271 | Hilo para Sutura polipropileno | Nº 3-0 1/2 circ. 26 / 30,0 mm monofilamento - 75 cm. Aguja ahusada , cardiovascular | CIRUMED | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | BRASUTURE | BRASIL |
| 272 | Hilo para Sutura polipropileno | Nº 4-0 1/2 circ. 26 / 30,0 mm monofilamento - 75 cm. Aguja Ahusada , cardiovascular | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | B Braun | Colombia/España |
| 273 | Hilo para Sutura polipropileno | Nº 5-0 1/2 circ. 26 / 30,0 mm monofilamento - 75 cm. Aguja Ahusada, cardiovascular | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 274 | Hilo para Sutura polipropileno | Nº 6-0 1/2 circ. 30,0 mm monofilamento - 75 cm. Aguja Ahusada, cardiovascular | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 275 | Hisopos | no estéril | ENDOTERAPIA S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Suyun Medical | china |
| 276 | Hisopos | estériles | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Conffidel / Shangai Channelmed | China |
| 277 | Hoja de Bisturi acero inoxidable | N° 11 | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | SURGICAL BLADE | CHINA |
| 278 | Hoja de Bisturi acero inoxidable | N° 12 | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | SURGICAL BLADE | CHINA |
| 279 | Hoja de Bisturi acero inoxidable | N° 15 | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | SURGICAL BLADE | CHINA |
| 280 | Hoja de Bisturi acero inoxidable | N° 24 | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | SURGICAL BLADE | CHINA |
| 281 | Hoja de Bisturi acero inoxidable | Nº 23 | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | SURGICAL BLADE | CHINA |
| 282 | Hoja de Bisturi acero inoxidable | Nº 20 | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | SURGICAL BLADE | CHINA |
| 283 | Hoja de Bisturi acero inoxidable | Nº 22 | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | BBRAUN | ALEMANIA |
| 284 | Hoja de dermatomo | Chico - 158 mm x 19mm con tres perforaciones | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por superar el precio referencial en un 451% de acuerdo al articulo 30 inc. c de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 285 | Hoja de dermatomo | Grande - 57 mm x 13 mm con una perforacion.- | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por superar el precio referencial en un 635% de acuerdo al articulo 30 inc. c de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 286 | Humidificador | Frasco humidificador para oxigeno | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HUDSON | USA |
| 287 | Humidificador para ventilador pulmonar | Para respirador, autoclavable ( No incluye calentador, solo la cascada o vaso umidificados neonatales) | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | La primera oferta correspodneinte a la empresa HOSPITALAR S.A. la muestra presentada dificulta mucho el desarme del equipo para su correcta limpieza y desifeccion por lo que se recomienda desestimar dicho item, se procede evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | Fisher & Paykel | NUEVA ZELANDA |
| 288 | Integrador para control de proceso de autoclave a vapor - | Test de Bowie -Dick hoja indicadora quimica | SIEGEN | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Chemdye | Argentina |
| 289 | Jeringa descartable c/ aguja | 1 ml. Plástico desechable c/ aguja desmontable, libre de pirógenos, sin rosca, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado en décimas de ml.puede ofertar c/aguja 27,5 G 1/2. Papel grado medico | IMPORTADORA EUROAMERICANA | La primera oferta GRUPO MULTICOMP no cumple ....., la seguna oferta correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. no cumple con las especificaciones tecnicas presenta 27G 1/2, se procede a evaluar la siguiente oferta correspodneinte a la empresa IMPORTADORA EUROAMERICANA que cumple con las especificaciones tecnicas y ser la siguiente mejor oferta | PLASTIPAK - BD | BRASIL/ARGENTINA/USA/MEXICO |
| 290 | Jeringa descartable c/ aguja | 5 ml. Plástico, c/ aguja desmontable 21 G x 1 1/2, libre de pirógenos, c/ rosca, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 0,5 ml. Papel grado medico | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Las tres primeras ofertas en donde la correspondiente a empresa GRUPO MULTICOMP S.A. se recomienda desestimar a dicha empresa según Nota DPRUM N° 145/2010 donde dicen que por problemas en los tramites de legalizacion del documento, no hemos podidos hacer entrega dentro del plazo solicitado, de la "Constacia de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio nacional, emanado por el departamento de Control de Profesiones de Salud y Afines del MSPBS y se recomienda la adjudicacion del 50% a la empresas CHACO INTERNACIONAL S.A. y el 50% al aempresa COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. ambas por cumplir las especificaciones tecnicas. | Ningbo Jiubang | China |
| 290 | Jeringa descartable c/ aguja | 5 ml. Plástico, c/ aguja desmontable 21 G x 1 1/2, libre de pirógenos, c/ rosca, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 0,5 ml. Papel grado medico | COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Las tres primeras ofertas en donde la correspondiente a empresa GRUPO MULTICOMP S.A. se recomienda desestimar a dicha empresa según Nota DPRUM N° 145/2010 donde dicen que por problemas en los tramites de legalizacion del documento, no hemos podidos hacer entrega dentro del plazo solicitado, de la "Constacia de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio nacional, emanado por el departamento de Control de Profesiones de Salud y Afines del MSPBS y se recomienda la adjudicacion del 50% a la empresas CHACO INTERNACIONAL S.A. y el 50% al aempresa COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. ambas por cumplir las especificaciones tecnicas. | VITTA -NIPRO | JAPON-CHINA-USA-TAILANDIA-BRASIL |
| 291 | Jeringa descartable c/ aguja | 5 ml. Plástico, c/ aguja desmontable, 21 G x 1 1/2 libre de pirógenos, sin rosca, embolo extremo distal de | COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | VITTA -NIPRO | JAPON-CHINA-USA-TAILANDIA-BRASIL |

...aría Del Rocio Gogado ...
Encargada
...ción de Planificacion y ...
...cional de Medicamentos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Samón
Asesor Jurídico
...ección General de Gestión de Insumos ...

**LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010**
**"ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389**

***DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | goma que no permita filtraciones, graduado cada 0,5 ml.Papel grado medico | | | | |
| 292 | Jeringa descartable c/ aguja | 10 ml. Plástico, c/ aguja desmontable,21 G x 1 1/2 libre de pirógenos, con rosca, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 0,5 ml. Papel Grado medico | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | La primera oferta correspodneinte a la empresa GRUPO MULTICOMP S.A. se recomienda desestirmar a dicha empresa según Nota DPRUM N° 145/2010 donde dicen que por problemas en los tramites de legalizacion del documento, no hemos podidos hacer entrega dentro del plazo solicitado, de la "Constacia de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio nacional, emanado por el departamento de Control de Profesiones de Salud y Afines del MSPBS, se procede a evaluar la siguiente oferta correspodniente a la empresa COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. que cumple las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | VITTA -NIPRO | JAPON-CHINA-USA-TAILANDIA BRASIL |
| 293 | Jeringa descartable c/ aguja | 10 ml. Plástico, c/ aguja desmontable, 21 g x 1 1/2 libre de pirógenos, sin rosca, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 0,5 ml. Papel grado medico | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | La primera oferta correspodneinte a la empresa GRUPO MULTICOMP S.A. se recomienda desestirmar a dicha empresa según Nota DPRUM N° 145/2010 donde dicen que por problemas en los tramites de legalizacion del documento, no hemos podidos hacer entrega dentro del plazo solicitado, de la "Constacia de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio nacional, emanado por el departamento de Control de Profesiones de Salud y Afines del MSPBS, se procede a evaluar la siguiente oferta correspodniente a la empresa COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. que cumple las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | VITTA -NIPRO | JAPON-CHINA-USA-TAILANDIA BRASIL |
| 294 | Jeringa descartable c/ aguja | 20 ml. Plástico, c/ aguja desmontable, 21 g x 1 1/2 libre de pirógenos, con rosca, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml.Papel grado medico | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda desestimar la primera oferta correspodiente a la empresa GRUPO MULTICOM S.A., teniendo en cuenta qque según Nota DPRUM N° 145/2010 se solicitó Constacia de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio nacional, emanado por el departamento de Control de Profesiones de Salud y Afines del MSPBS, habiendo respondido dicho oferente que por problemas en los tramites de legalizacion del documento, no podrían hacer entrega dentro del plazo solicitado. Se procede a evaluar la siguiente mejor oferta correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A que cumple las especificaciones tecnicas por lo que se recomienda su adjudicación. | PREMIUM | CHINA |
| 295 | Jeringa descartable c/ aguja | 20 ml. Plástico, c/ aguja desmontable,21 G x 1 1/2 libre de pirógenos, sin rosca, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml. Papel grado medico | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Confidel / Shangai Channelmed / China | CHINA |
| 296 | Jeringa descartable c/ aguja | 50 ml o mas. Plástico, con aguja N° 18 G 1 1/2 desmontable, libre de pirógenos, pico fino, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada cm. | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | La primera oferta correspodneinte a la empresa GRUPO MULTICOMP S.A. se recomienda desestirmar a dicha empresa según Nota DPRUM N° 145/2010 donde dicen que por problemas en los tramites de legalizacion del documento, no hemos podidos hacer entrega dentro del plazo solicitado, de la "Constacia de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio nacional, emanado por el departamento de Control de Profesiones de Salud y Afines del MSPBS, la segunda oferta correspodniente a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. se recmienda desestimar dicho item porque al realizar la prueba con producto la bomba de infusion no reconoce la jeringa y no infunde, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta. | PREMIUM/CHINA | CHINA |
| 297 | Jeringa descartable c/ aguja | 3 ml. Plástico con aguja de 21 G x 1 1/2 desmontable, con rosca. Papel grado medico | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | VITTA -NIPRO | JAPON-CHINA-USA-TAILANDIA-BRASIL |
| 298 | Jeringa descartable c/ aguja | 3 ml. Plástico con aguja de 21 G x 1 1/2 desmontable, sin rosca. Papel grado medico | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | VITTA -NIPRO | JAPON-CHINA-USA-TAILANDIA-BRASIL |
| 299 | Jeringa descartable c/ aguja | 3 ml. Con rosca, plastico con aguja aguja desmontable Nº 23 G x 1, con rosca. Papel grado medico | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | La primera oferta correspodneinte a la empresa GRUPO MULTICOMP S.A. se recomienda desestirmar a dicha empresa según Nota DPRUM N° 145/2010 donde dicen que por problemas en los tramites de legalizacion del documento, no hemos podidos hacer entrega dentro del plazo solicitado, de la "Constacia de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio nacional, emanado por el departamento de Control de Profesiones de Salud y Afines del MSPBS", se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. que cumple las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | PREMIUM/CHINA | CHINA |
| 300 | Jeringa descartable c/ aguja | 1 ml. Plástico, c/ aguja incorporada fija, libre de pirógenos, embolo extremo distal de goma, graduado en centécimas de unidades. para insulina - U-100. Papel grado medico | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | NIPRO | JAPON-CHINA-USA-TAILANDIA-BRASIL |
| 301 | Jeringa descartable s/ aguja | 50 ml o mas Plástico, sin aguja, libre de pirógenos, sin rosca, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 5 ml, pico fino. Papel grado medico | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | La primera oferta correspodneinte a la empresa GRUPO MULTICOMP S.A. se recomienda desestirmar a dicha empresa según Nota DPRUM N° 145/2010 donde dicen que por problemas en los tramites de legalizacion del documento, no hemos podidos hacer entrega dentro del plazo solicitado, de la "Constacia de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio nacional, emanado por el departamento de Control de Profesiones de Salud y Afines del MSPBS, la segunda | PREMIUM | CHINA |

María Del Rocio Bogado Benítez
Encargada
Sección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

**LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010**
**"ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389**

*DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | oferta correspodniente a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. se recmienda desestimar dicho item porque al realizar la prueba con producto la *bomba de infusion no reconoce la jeringa y no* infunde, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la siguiente mejor oferta. | | |
| 302 | Jeringa descartable s/ aguja | 50 ml o mas. Plástico, sin aguja, libre de pirógenos, con rosca, embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada ml, pico grueso. Papel grado medico | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | La primera oferta correspodneinte a la empresa GRUPO MULTICOMP S.A. se recomienda desestimar a dicha empresa según Nota DPRUM N° 145/2010 donde dicen que por problemas en los tramites de legalizacion del documento, no hemos podidos hacer entrega dentro del plazo solicitado, de la "Constacia de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio nacional, emanado por el departamento de Control de Profesiones de Salud y Afines del MSPBS, la segunda oferta correspodniente a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. se recmienda desestimar dicho item porque al realizar la prueba con producto la *bomba de infusion no reconoce la jeringa y no* infunde, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUYAS **S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la siguiente mejor oferta.** | PREMIUM | CHINA |
| 303 | Kit /Set para Medicion de Presion Intra-Craneal | **Catéter siliconado blando y transparente, de por lo menos 25 cm de longitud, con banda radio opaco, con punta de color negro roma (Se puede oferta otro color de punta siempre que haga contraste** con el resto del catéter porque debe favorecer la visualización de la posición exacta de la punta del catéter teniendo en cuenta que entra en el tejido cerebral) con orificios como máximo hasta una distancia de 2,5 cm de la punta. **Con diámetro interno 1,5 mm y diámetro externo 3 mm, con aleta para fijación tipo abrazadera, con sistema de marcación de profundidad de puntos a 5, 10 y 15 cm de la punta** | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Primus / Inmed | CHILE |
| 304 | KITS DE APARATO RESPIRADOR | *Equipo completo para asistencia* respiratoria mecanica no invasiva con Mascara nasobucal para pre escolares y adaptadores universales. incluye mascara+arnes+tubuladuras | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | DCD | ARGENTINA |
| 305 | KITS DE APARATO RESPIRADOR | Equipo completo para asistencia respiratoria mecanica no invasiva con Mascara nasal para adultos y adaptadores universales. incluye mascara+arnes+tubuladuras | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | DCD | ARGENTINA |
| 306 | KITS DE APARATO RESPIRADOR | Equipo completo para asistencia respiratoria mecanica no invasiva con Mascara para lactantes nasobucal y adaptadores universales. incluye mascara+arnes+tubuladuras | *DROGUEPAR S.A.* | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por *cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor* oferta | DCD | ARGENTINA |
| 307 | KITS DE APARATO RESPIRADOR | Equipo completo para asistencia respiratoria mecanica no invasiva con Mascara naobucal o nasal para escolares y adaptadores universales | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | DCD | ARGENTINA |
| 308 | Lamina esmerilada | 72x26 mm esmerilado banda mate | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Confidel / Shangai Channelmed | China |
| 309 | Laminilla cubre objeto | De vidrio,22x22 | **DESIERTO** | Se recomienda declarar DESIERTO porque la muestra presentada no cumple con las especificaciones tecnicas por lo que se recomienda desestimar dicho item al ser unica oferta | | |
| 310 | Laminilla cubre objeto | 24x32 | **DESIERTO** | **Se recomienda declarar DESIERTO el presente Item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"** | | |
| 311 | Laminilla cubre objeto | de vidrio, para inmunofluorescencia 24x60 | **DESIERTO** | ***Se recomienda declarar DESIERTO el presente Item* por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"** | | |
| 312 | Liquido Fijador p/ placas radiográficas | Automático, CONCENTRADO | JACK FACK S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CHAMPION | USA/Canadá |
| 313 | Liquido Fijador p/ placas radiográficas | Manual, CONCENTRADO | JACK FACK S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CHAMPION | USA/Canadá |
| 314 | Liquido fijador para placas radiograficas | Para Procesadora | DEZETA S.A. | La primera empresa correspondiente a la empresa JACK FACK no cumple con las especificaciones tecnicas, al no ser compatible con el AGFA Gaveart - Curix 272 S, de acuerdo al articulo 30 inc b de la ley 2051/03 de Contrataciones Publicas, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa DEZETA S.A. que cumple con las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | AGFA | ARGENTINA |
| 315 | Liquido Revelador CONCENTRADO p/ placas radiográficas Médicas | Automático | JACK FACK S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CHAMPION | USA/Canadá |
| 316 | Liquido Revelador CONCENTRADO p/ placas radiográficas Médicas | Manual | DEZETA S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | AGFA | ARGENTINA |
| 317 | Llave de 3 Vias | con prolongador, Plástico resistente,con facil deslizamiento,y tubuladura de 10 cms minimo, sin filtraciones. | IMPORTADORA EUROAMERICANA | La primera oferta correspondiene a la firma ENDOTERAPIA S.R.L. no presenta en tiempo y forma los documentos solicitados en el PBC: Sección II datos de la oferta IAO 11.1 (e) en donde se solicita constancia emitidas por Control de Profesiones y | VMG - VMG | CHINA |

Del Rocio Bogarin
Encargada
Dpto Planificación y
Control de Medicamentos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Cantand
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Establecimiento de Salud, 2) Constacia Vigente de inscripcion vigente de la empresa habilitada, 3) Constancia de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio naccional, 4) Autorizacion del fabricanteo carta de representacion general del fabricante. En el momento de realizar la prueba se constanta filtraciones por lo que se desestima dicha oferta, representante y/o distribucion, se procede la evaluacion a la siguiente oferta correspondiente a la empresa IMPORTADORA EUROAMERICANA que cumple con las especificaciones tecnicas en el PBC y ser la siguiente mejor oferta. | | |
| 318 | Llave de 3 Vias | sin prolongador, Plástico resistente, sin filtraciones. | D Y D DISTRIBUIDORA S.A. | La primera oferta correspondiene a la firma ENDOTERAPIA S.R.L. no presenta en tiempo y forma los documentos solicitados en el PBC: Sección II datos de la oferta IAO 11.1 (e) en donde se solicita constancia emitidas por Control de Profesiones y Establecimiento de Salud, 2) Constacia Vigente de inscripcion vigente de la empresa habilitada, 3) Constancia de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio naccional, 4) Autorizacion del fabricanteo carta de representacion general del fabricante. En el momento de realizar la prueba se constanta filtraciones por lo que se desestima dicha oferta, representante y/o distribucion, se procede la evaluacion a la siguiente oferta correspondiente a la empresa D Y D DISTRIBUIDORA S.A. que cumple con las especificaciones tecnicas en el PBC y ser la siguiente mejor oferta. | PLASTIMED | ARGENTINA |
| 319 | Malla de polipropileno para hernia | inerte con resistencia a la infección, peso de 60 g/m2. tamaño de poro de 1,5mm con lineas azules radios opacas. Malla como minimo 15 cm por 15 cm | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONI C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | UNILENF BIOMESH | PERU |
| 320 | Mango para Electrobisturi | Manual c/ electrodo 70 mm-BIPOLAR (Es de un solo uso con electrodos en forma de cuchilla) | SCARPE S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa SCARPE S.R.L. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta en igualdad de precios con la empresa P&H PHARMA que no cumple con las especificaciones tecnicas porque no presenta mango para electrobisturi TIPO VALLEYLAB por lo que se recomienda desestimar dicho item | WEM EQUIPAMENTOS | BRASIL |
| 321 | Mango para Electrobisturi | Nº 3 (Mangos Reutilizable) | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 322 | Mango para Electrobisturi | Nº 4 (Mangos Reutilizable) | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 323 | Mangueras de silicona | 100 %. Diámetro interno 1/4. Diámetro Externo 3/8. | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | silmag | argentina |
| 324 | Mangueras de silicona | 100%. Diámetro Interno 1/2. Diámetro Externo 3/8. | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | silmag | argentina |
| 325 | Manguito para presion | adulto, arterial no invasiva, para monitor tubo unico | CATETERES & AFINES | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | APK Technologies | China |
| 326 | Manguito para presion | Pediatrico, arterial no invasiva, para monitor tubo unico | CATETERES & AFINES | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | APK Technologies | China |
| 327 | Manguito para presion | escolar, arterial no invasiva, para monitor tubo unico | CATETERES & AFINES | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | APK Technologies | China |
| 328 | Manguito para presion | lactante, arterial no invasiva, para monitor tubo unico | CATETERES & AFINES | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | APK Technologies | China |
| 329 | Manguitos para presion | arterial no invasiva, descartable numero 5 | CATETERES & AFINES | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | APK Technologies | China |
| 330 | Manguitos para presion | arterial no invasiva, descartable adulto | CATETERES & AFINES | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | APK Technologies | China |
| 331 | Manguitos para presion | arterial no invasiva, descartable pediatrico - Nº 3 | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Philips | USA |
| 332 | Manguitos para presion | adulto, arterial para monitor tubo doble | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Edan | China P.R. |
| 333 | Manguitos para presion | Pediatrico, arterial, para monitor tubo doble | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Edan | China P.R. |
| 334 | Manguitos para presion | escolar, arterial, para monitor tubo doble | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Edan | China P.R. |
| 335 | Manguitos para presion | lactante, arterial, para monitor tubo doble | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Edan | China P.R. |
| 336 | Manguitos para presion | adulto, arterial para monitor tubo unico | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Edan | China P.R. |
| 337 | Manguitos para presion | Pediatrico, arterial, para monitor tubo unico | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Edan | China P.R. |
| 338 | Manguitos para presion | escolar, arterial, para monitor tubo unico | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Edan | China P.R. |
| 339 | Manguitos para presion | lactante, arterial, para monitor tubo unico | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Edan | China P.R. |
| 340 | Manguitos para presion | arterial, tubo único, Neonatal, tamaño 0, semi reutilizables.- | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |

**LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010**
**"ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389**

*DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Manguitos para presion | arterial, tubo único, Neonatal tamaño 1 descartables | HOSPITALAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CLOUD/ECOVAC | ARGENTINA |
| 342 | Manguitos para presion | arterial, tubo único, Neonatal, tamaño 2, descartables | HOSPITALAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CLOUD/ECOVAC | ARGENTINA |
| 343 | Manguitos para presion | arterial, tubo único, Neonatal , tamaño 3, descartables | HOSPITALAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CLOUD/ECOVAC | ARGENTINA |
| 344 | Manguitos para presion | arterial, tubo único, Neonatal, tamaño 4, semi reutilizables | HOSPITALAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CLOUD/ECOVAC | ARGENTINA |
| 345 | Manguitos para presion | neonatal, tubo doble N° 1 descartable | HOSPITALAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CLOUD/ECOVAC | ARGENTINA |
| 346 | Manguitos para presion | neonatal, tubo doble N° 2 descartable | HOSPITALAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CLOUD/ECOVAC | ARGENTINA |
| 347 | Manguitos para presion | neonatal, tubo doble N° 3 descartable | HOSPITALAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CLOUD/ECOVAC | ARGENTINA |
| 348 | Manguitos para presion | neonatal, tubo doble N° 4 descartable | HOSPITALAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CLOUD/ECOVAC | ARGENTINA |
| 349 | Manometro de oxigeno | Rango de Medición -1... 0 bis 0... 600 bar, Conexión Conexión Higiénica. DIN 11851, Triclamp, Tuerca revestida(IDF-, APV-RJT-, o SMS-Normal), Tubo con diafragma para maquinas de homogenización, Material de Carcasa Acero Inox., Diámetro de Carcasa 63, 100, 160 mm, Clase de Precisión 1,6 o 1,0, Opción Contacto. | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 350 | Manometro deoxigeno | Para balon | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Unitec | Brasil |
| 351 | Mascara con filtro de proteccion | N95 o equivalentes | DORLAND S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | JUMBO | CHINA |
| 352 | Mascara facial para anestesia | Nº 0 de material caucho | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HSINER | CHINA |
| 353 | Mascara facial para anestesia | Nº 1 de material caucho | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HSINER | CHINA |
| 354 | Mascara facial para anestesia | Nº 2 de material caucho | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HSINER | CHINA |
| 355 | Mascara facial para anestesia | Nº 3 de material caucho | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HSINER | CHINA |
| 356 | Mascara facial para anestesia | Nº 4 de material caucho | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HSINER | CHINA |
| 357 | Mascara facial para anestesia | Nº 5 de material caucho | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HSINER | CHINA |
| 358 | Mascara facial para anestesia | Nº 6 de material caucho | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HSINER | CHINA |
| 359 | Mascara Laringea | N° 1 , con balon de silicona, libre de latex, barra de apertura, tubo de via aerea con conector acrode al numero solicitado , manguera y balon de inflado con valvula. | DESIERTO | Se recomienda declarar desierto por superar el precio referencial en un 3500% | | |
| 360 | Mascara Laringea | N° 1,5 con balon de silicona, libre de latex, barra de apertura, tubo de via aerea con conector acrode al numero solicitado , manguera y balon de inflado con valvula. | DESIERTO | Se recomienda declarar desierto por superar el precio referencial en un 3500% | | |
| 361 | Mascara Laringea | N° 2 con balon de silicona, libre de latex, barra de apertura, tubo de via aerea con conector acrode al numero solicitado , manguera y balon de inflado con valvula. | DESIERTO | Se recomienda declarar desierto por superar el precio referencial en un 3500% | | |
| 362 | Mascara Laringea | N° 2,5 con balon de silicona, libre de latex, barra de apertura, tubo de via aerea con conector acrode al numero solicitado , manguera y balon de inflado con valvula. | DESIERTO | Se recomienda declarar desierto por superar el precio referencial en un 3500% | | |
| 363 | Mascara Laringea | N° 3 con balon de silicona, libre de latex, barra de apertura, tubo de via aerea con conector acrode al numero solicitado , manguera y balon de inflado con valvula. | DESIERTO | Se recomienda declarar desierto por superar el precio referencial en un 3500% | | |
| 364 | Mascara Laringea | N° 4 con balon de silicona, libre de latex, barra de apertura, tubo de via aerea con conector acrode al numero solicitado , manguera y balon de inflado con valvula. | DESIERTO | Se recomienda declarar desierto por superar el precio referencial en un 3500% | | |
| 365 | Máscara p/ Oxigeno pequeño | Preescolares, con tubo fino y adaptador con rosca universal, c/prolongador, longitud 1 mt como minimo | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Romsons | India |
| 366 | Máscara p/ Oxigeno pequeño | Escolares, con tubo fino y adaptador con rosca universal, c/prolongador, longitud 1 mt como minimo | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Romsons | India |
| 367 | Mascara para oxigeno grande | Adultos, con tubo fino y adaptador con rosca universal, c/prolongador, longitud 1 mt como minimo | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HUDSON | MEXICO |
| 368 | Mascara para oxigeno grande | con rango entre 0,25 y 100% , con mascara, tubuladura, con conector | VENTAS PARAGUAYAS | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor | HUDSON | MEXICO |

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santa
Asesor Jurídico

**LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010**
**"ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389**

***DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | universal y reservorio. Adultos | S.A.E.C.A. | oferta | | |
| 369 | Mascara para oxigeno pequeño | con rango entre 0,25 y 100% , con mascara, tubuladura, con conector universal y reservorio. Lactantes | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HUDSON | MEXICO |
| 370 | Mascara para oxigeno pequeño | con rango entre 0,25 y 100% , con mascara, tubuladura, con conector universal y reservorio. Pre Escolares | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HUDSON | MEXICO |
| 371 | Mascara para oxigeno pequeño | con rango entre 0,25 y 100% , con mascara, tubuladura, con conector universal y reservorio. Escolares | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HUDSON | MEXICO |
| 372 | Mascara facial rigida antiparticulas | de material trasparente para escolar. Ovalada/Anatomica, con adaptador | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 373 | Mascara facial rigida antiparticulas | de material trasparente para adulto.Ovalada/Anatomica, con adaptador | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 374 | Mascara facial rigida antiparticulas | de material trasparente, para lactante.Ovalada/Anatomica, con adaptador | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 375 | Mascara facial rigida antiparticulas | de material trasparente, para preescolar.Ovalada/Anatomica, con adaptador | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 376 | Mezcla de fusion | de fusion 134 º. Ampolla testigo. | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Propper | USA |
| 377 | Mezcla de fusion | de fusion 160 º. Ampolla testigo. | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Propper | USA |
| 378 | Micronebulizador adulto | Equipo micronebulizador para accion con gases con rosca metalica universal . Mascara de Adultos | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | La primera oferta correspondiene a la firma COMPAÑIA QUIMICA VINCENTE SCAVONE no cumple contas especificaciones tecnicas requeridas en el PBC, no presenta conexion a rosca universal, de acuerdo al articulo 30 inc. b de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se procede la evaluacion a la segunda oferta correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. que cumple con las especificaciones tecnicas en el PBC y ser la siguiente mejor oferta. | HUDSON/MEXICO | MEXICO |
| 379 | Micronebulizador pediátrico | Equipo micronebulizador para accion con gases con rosca metalica universal. Mascara de Escolares | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | La primera oferta correspondiene a la firma COMPAÑIA QUIMICA VINCENTE SCAVONE no cumple contas especificaciones tecnicas requeridas en el PBC, no presenta conexion a rosca universal, de acuerdo al articulo 30 inc. b de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se procede la evaluacion a la segunda oferta correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. que cumple con las especificaciones tecnicas en el PBC y ser la siguiente mejor oferta. | HUDSON/MEXICO | MEXICO |
| 380 | Micronebulizador pediátrico | Equipo micronebulizador para accion con gases con rosca metalica universal .Mascara de Lactantes | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | La primera oferta correspondiente a la empresa COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. no cumple las especificaciones tecnicas al presenta un micronebulizador sin rosca universal por lo que se recomienda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. que cumple las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | HUDSON/MEXICO | MEXICO |
| 381 | Micronebulizadores adulto | adulto. c/ mascarilla reservorio y conectores. Mascara micronebulizadores | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Shangai Channelmed / China | USA - MEXICO |
| 382 | Micronebulizadores pediatrico | neonatal. c/ mascarilla neonatal reservorio y conectores. Mascara micronebulizadores | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | La primera oferta correspondiene a la firma COMPAÑIA QUIMICA VINCENTE SCAVONE no cumple contas especificaciones tecnicas requeridas en el PBC, no presenta conexion a rosca, la segunda oferta correspondiente a la empresa ARGON S.R.L. no presenta muestra en tiempo y forma lo cual es indispensable para la evaluacion tecnica por lo que se le desestima de acuerdo al articulo 30 inc. b de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se procede la evaluacion a la ssiguiente oferta correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. que cumple con las especificaciones tecnicas en el PBC y ser la siguiente mejor oferta. | HUDSON/MEXICO | MEXICO |
| 383 | Micronebulizadores pediatrico | pediatrico. c/ mascarilla reservorio y conectores. Mascara micronebulizadores | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Shangai Channelmed | China |
| 384 | Papel P/ Electrocardiografia | 60mm x 30 Mts. | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Dykam | Israel |
| 385 | Papel para Ergometria | Block rectangular c/ agujero en los extremos MEDIDAS 21 CM X 29 CM (MINIMO) | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Lessa | España |
| 386 | Papel para Ecocardiografia | Alta densidad UPP 110HD | LA CASA DEL MEDICO | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Sony | Japonesa |
| 387 | Papel para Ecografo | rollo - minimo 110 mm x 30 mts. Alta densidad.- | LA CASA DEL MEDICO | La primera empresa correspondiente a la empresa CIRUMED se recomienda desestimar dicho item porque no presenta muestra en forma y tiempo por lo que es fundamental para la evaluacion del producto, se pasa a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa LA CASA DEL MEDICO que cumple con las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | Sony | Japonesa |
| 388 | Papel para Ecografo | UVP -110 - HB | LA CASA DEL MEDICO | La primera empresa correspondiente a la empresa CIRUMED se recomienda desestimar dicho item porque no presenta muestra en forma y tiempo por lo que es fundamental para la evaluacion del producto, se pasa a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa LA CASA DEL MEDICO que cumple con las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | Sony | Japonesa |
| 389 | Papel para Ecografo | 110mm x 20m high density - Papel UPP-110 HD | LA CASA DEL MEDICO | La primera empresa correspondiente a la empresa CIRUMED se recomienda desestimar dicho item porque no presenta muestra en forma y tiempo por lo que es fundamental para la evaluacion del producto, se pasa a evaluar la siguiente oferta correspondiente a | Sony | Japonesa |

Dra. María Del Rocio Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

# LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010
# "ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389
## *DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | la empresa LA CASA DEL MEDICO que cumple con las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | | |
| 390 | Papel para Electrocardiografia | en pliegue / un canal 50 mm x 30 Mts | CIRUMED | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | LESSA | ESPAÑA |
| 391 | Papel para Electrocardiografia | en pliegue / un canal 50 mm x 30 Mts | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Dykam | Israel |
| 392 | Papel para Electrocardiografia | 63 mm rollo 50 mm x 30 m 3 canales, rollo | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Lessa | España |
| 393 | Papel para Electrocardiografia | en pliegue/ 3 canales 90 mm x 30 mts | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Lessa | España |
| 394 | Papel para Electrocardiografia | Rollo de 1 canal min50mm 50mm x 30 Mts. RED | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Dykam | Israel |
| 395 | Papel para Electrocardiografia | rollo - 1 canal - 50 mm x 30 mts | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Dykam | Israel |
| 396 | Papel para electrocardiografia | 63mm x 30 metros | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Lessa | España |
| 397 | Papel para Electrocardiografia | de un canal, 48 mm. de ancho | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 398 | Papel para Esterilización | de 120 x 210 x 100 como minimo (Ofertar por UNIDAD) Presentacion en Resma | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Kims | Argentina |
| 399 | Papel para Monitoreo Fetal | | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Philips | USA |
| 400 | Pasta para Electroencefalograma | Pasta conductora para Electroencefalograma | LA CASA DEL MEDICO | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Nihon Kohden | Japonesa |
| 401 | Pelicula para Erografia | Rollo como minimo x 30 mts. Alta densidad.-Compatible cib UOO-110 HD | LA CASA DEL MEDICO | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Sony | Japonesa |
| 402 | Pelicula radiografica | Pelicula termica azul medida 14x17 pulgadas en | LA CASA DEL MEDICO | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Sony | Japonesa |
| 403 | Pelicula radiografica | Pelicula termica azul medida 8x10 pulgadas en | LA CASA DEL MEDICO | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Sony | Japonesa |
| 404 | Placa de Electrobistuel con cable | De Látex con conexión. | LA CASA DEL MEDICO | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Conmed | USA |
| 405 | Placa mamografica | 18 x 24 cm | JACK FACK S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | FUJIFILM | Japón |
| 406 | Placa mamografica | 18 x 24 cm | JACK FACK S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | FUJIFILM | Japón |
| 407 | Placa mamografica | 24 x 30 cm | JACK FACK S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | KONICA MINOLTA | Japón / USA |
| 408 | Placa paciente | para electrobisturi | CIRUMED | la primera oferta correspodneinte a la empresa SCARPE S.R.L. no cumple con las especificaciones tecnicas, presenta sobres x 1 unidad, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa CIRUMED por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | BLAYCO | ESPAÑA |
| 409 | Placa Radiografica | 18 x 24. Sensible al verde | JACK FACK S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | FUJIFILM | Japón |
| 410 | Placa Radiografica | 30 x 40. Sensible al verde | JACK FACK S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | FUJIFILM | Japón |
| 411 | Placa Radiografica | 35 x 43. Sensible al verde | JACK FACK S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | FUJIFILM | Japón |
| 412 | Placa Radiografica | 24 x 30. Sensible al verde | JACK FACK S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | FUJIFILM | Japón |
| 413 | Placa Radiografica | 35 X 35. Sensible al verde | JACK FACK S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | FUJIFILM | Japón |
| 414 | Placa radiografica | 24 x 30 sensible al azul | DEZETA S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | AGFA | ARGENTINA |
| 415 | Placa Tomografica | 35 X 43, Digital a seco | D Y D DISTRIBUIDORA S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | KODAK | ESTADOS UNIDOS |
| 416 | Placa Tomografica | 20 x 25, Digital a seco para impresión | D Y D DISTRIBUIDORA S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | KODAK | ESTADOS UNIDOS |
| 417 | Placa Tomografica | Revelado a seco, 35 x 43 | D Y D DISTRIBUIDORA S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | KODAK | ESTADOS UNIDOS |
| 418 | Placa Tomografica | 35 x 43 | D Y D DISTRIBUIDORA S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | KODAK | ESTADOS UNIDOS |
| 419 | Placa Tomografica | 35 x 43 sensible al verde | D Y D DISTRIBUIDORA S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor | KODAK | ESTADOS UNIDOS |

Dra. Maria Del Rocio Bogado Benitez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

**LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010**
**"ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389**

***DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | oferta | | |
| 420 | Prolongador arterial | Prolongadores de accesos arteriales para determinación de presión invasiva. Extensor como mínimo 60 cm,con distensibilidad y capacitancia adecuadas para deteminacion de presion arterial Invasiva | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | BBRAUN | BRASIL |
| 421 | Prolongador de Via | Extensión de vía para parenteral soluciones como mínimo 60 cm, PVC flexible transparente, estéril, descartable.-1 vía para unir y así prolongar 2 extremos.- | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | BBRAUN | BRASIL |
| 422 | Prolongador de Via parenteral | Extensión de vía parenteral para soluciones como mínimo 60 cm, PVC flexible transparente, estéril, descartable 1 vía para unir y así prolongar 3 extremos.- Alta densidad 110mm x 20 mts | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | BBRAUN | BRASIL |
| 423 | Punch para Biopsia de Piel | Descartable de 3 mm | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Miltex | USA |
| 424 | Punch para Biopsia de Piel | Descartable de 4 mm | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Miltex | USA |
| 425 | Punch para Biopsia de Piel | Descartable de 5 mm | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Miltex | USA |
| 426 | Regla pvc con conector | Regla para medir presion venosa central. equipo para control de presión venosa central, con manómetro rígido, con filtro de aire y un prolongador con llave de tres vías. Centimetrada | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Romsons | India |
| 427 | Regulador de vacio | de encastre rapido | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 428 | rollo para esterilizadores | a gas , oxido de etileno 40 cm x 50 cm | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 429 | Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco | Adulto. Descartable | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | NELLCOR | MEXICO |
| 430 | Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco | Adulto. Descartable | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Biogenesis | URUGUAY |
| 431 | Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco | Adulto. Descartable | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Biogenesis | URUGUAY |
| 432 | Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco | Adulto. Descartable | SCARPE S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CRITICARE SYSTEM | USA |
| 433 | Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco | Adulto. Descartable | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Biogenesis | URUGUAY |
| 434 | Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco | Adulto. Descartable | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | OXIPROBE | KOREA |
| 435 | Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco | Adulto. Descartable | LA CASA DEL MEDICO | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | GreatMade | China |
| 436 | Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco | Adulto. Descartable | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Biogenesis | URUGUAY |
| 437 | Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco | Adulto. Descartable | DROGUEPAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | OXIPROBE | KOREA |
| 438 | Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco | Adulto. Descartable | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Biogenesis | URUGUAY |
| 439 | Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco | Adulto. Descartable | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Nellcor | Mexico |
| 440 | Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco | Adulto. Descartable | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Biogenesis | URUGUAY |
| 441 | Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco | Adulto. Descartable | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Biogenesis | URUGUAY |
| 442 | Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco | Adulto. Descartable | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Biogenesis | URUGUAY |
| 443 | Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco | Adulto. Descartable | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Biogenesis | URUGUAY |
| 444 | Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco | Adulto. Descartable | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Biogenesis | URUGUAY |
| 445 | Sensor de Saturacion de Oxigeno para Monitor cardiaco | Adulto. Descartable | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Biogenesis | URUGUAY |
| 446 | Sets de Cistostomia | 12 Fr. | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Amecath | Egipto |
| 447 | Set de Nefrostomia | 6 Fr. | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Amecath | Egipto |
| 448 | Set de recambio de dialisis peritoneal | Debe incluir tubuladuras,bolsas de recambio,mmicaps y barbijo. | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |

Dra. María Del Rocio Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

**LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010**
**"ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389**

*DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | Set de recambio de Dialisis Peritoneal | SET QUE INCLUYE: BOLSA DE RECAMBIO (CON SOLUCION DE DEXTROSA PARA DIALISIS PERITONEAL AL 1,5%) ,MINICAPS O TAPON DESINFECTANTE Y BARBIJOS. | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente ítem por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 450 | Set de recambio de Dialisis Peritoneal | SET QUE INCLUYE: BOLSA DE RECAMBIO (CON SOLUCION DE DEXTROSA PARA DIALISIS PERITONEAL AL 2,5%) ,MINICAPS O TAPON DESINFECTANTE Y BARBIJOS. | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente ítem por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 451 | Set de recambio de Dialisis Peritoneal | Debe incluir tubuladuras,bolsas de recambio,minicaps y barbijo. | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente ítem por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 452 | Set descartables para alimentacion enteral | p/Bomba con bolsa | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Kendall | Mexico |
| 453 | Set descartables para alimentacion enteral | p/Bomba con pico | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Kendall | Mexico |
| 454 | Set para bomba de infusion | material PVC suave, resistente, atoxico siliconado.Longitud largo 1.80 cm, incluyendo la cámara de goteo. Punto de inyección en Y (Y port) conexión luer slip, camara , sin vendeo, sin filtro | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente ítem por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 455 | Set para bomba de infusion | Bomba Nº 105 | INDEX S.A.C.I. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | ABBOTT | U.S.A. |
| 456 | Set para bomba de infusion | Adulto.Se solicitan bombas en comodato. Se requiere mantenimiento durante la duracion del contrato y a solicitud de los servicios en los cuales se utilizaran. | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | BBRAUN/BRASIL | BRASIL |
| 457 | Set para bomba de infusion | Neonatal. Se solicita bombas de infusion en comodato. Se requiere mantenimiento durante la duracion del contrato y a solicitud de los servicios en los cuales se utilizaran. | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | BBRAUN | BRASIL |
| 458 | Set para bomba de infusion | AdultoSe solicita bombas de infusion en comodato. Se requiere mantenimiento durante la duracion del contrato y a solicitud de los servicios en los cuales se utilizaran. | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | BBRAUN/BRASIL | BRASIL |
| 459 | Set para bomba de infusion | Enteral Fix Para Nutricion Enteral | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | BBRAUN | BRASIL |
| 460 | Sierra Gigli | Material. Acero inoxidable | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Cirurgica Brasil | Brasil |
| 461 | Sistema cerrado de recolección de orina. | Kit c/ 1 sonda Nélaton de silicona 100%, calibre Fr 04 y un urinómetro (volutrol). Sonda siliconada sistema cerrado y recipiente medidor ( Kit completo-cerrado) | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Silmag | Argentina |
| 462 | Sistema cerrado de recolección de orina. | Kit c/ 1 sonda Nélaton de silicona 100%, calibre Fr 06 y un urinómetro (volutrol).Sonda siliconada sistema cerrado y recipiente medidor ( Kit completo-cerrado) | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Silmag | Argentina |
| 463 | Sistema cerrado de recolección de orina. | Kit c/ 1 sonda Nélaton de silicona 100%, calibre Fr 08 y un urinómetro (volutrol)Sonda siliconada sistema cerrado y recipiente medidor ( Kit completo-cerrado) | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Silmag | Argentina |
| 464 | Sistema de drenaje aspirativo al vacio | 12 Fr compatible con técnica HEMOSUC | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Vitromed | INDIA |
| 465 | Sistema de drenaje aspirativo al vacio | 14 Fr compatible con técnica HEMOSUC | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Vitromed | INDIA |
| 466 | Sistema de drenaje aspirativo al vacio | 18 Fr compatible con técnica HEMOSUC | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Vitromed | INDIA |
| 467 | Sistema de drenaje mediastinal y toracico | 2000 CC, con trocar y frasco plastico de drenaje | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Cirurgica Brasil | Brasil |
| 468 | Sistema de drenaje mediastinal y toracico | 1000 CC , con trocar y frasco plastico de drenaje | CIRUMED | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CPL | BRASIL |
| 469 | Sistema de drenaje mediastinal y toracico | 500 CC , con trocar y frasco plastico de drenaje | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CROSA/URUGUAY | URUGUAY |
| 470 | Sonda Nasogástrica Adulto | K10- 1,20 m de longitud minimo | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | BIOFIL | ARGENTINA |
| 471 | Sonda Nasogástrica Adulto | K 7 - 1,20 m de longitud minimo | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente ítem por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 472 | Sonda Nasogástrica Adulto | K 9 - 1,20 m de longitud minimo | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | BIOFIL | ARGENTINA |
| 473 | Sonda Nasogástrica Adulto | K 11 - 1,20 m de longitud minimo | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | BIOFIL | ARGENTINA |
| 474 | Sonda Nasogástrica Pediátrico | K35 - 60 cm de longitud minimo | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | BIOFIL | ARGENTINA |
| 475 | Sonda Nasogástrica Pediátrico | k30 - 60 cm de longitud minimo | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | BIOFIL | ARGENTINA |
| 476 | Sonda Nasogástrica Pediátrico | K 31 - 60 cm de longitud minimo | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | BIOFIL | ARGENTINA |

Dra. María Del Rocio Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | Sonda Nasogástrica Pediátrico | K 33 - 60 cm de longitud mínimo | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | BIOFIL | ARGENTINA |
| 478 | Sonda Traspilorica para Alimentacion Enteral | 10 Fr., Con lastre y mandril, para alimentación enteral (Naso-yeyunal) 100 % silicona, libre de latex y PVC, longitud de 105 cm como mínimo. mandril semi rígido, radiopaco, **marcada a 20, 30, 40 y 50 cm. del extremo distal. Extremo distal cerrado con 3 orificios laterales.** | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Silmag | Argentina |
| 479 | Sonda Traspilorica para Alimentacion Enteral | **12 Fr., Con lastre y mandril, para** alimentación enteral (Naso-yeyunal) 100 % silicona, libre de latex y PVC, longitud 125 cm mínimo mandril semi rígido, radiopaco, marcada a **20, 30, 40 y 50 cm. del extremo distal. Extremo distal cerrado con 3 orificios laterales.** | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Silmag | Argentina |
| 480 | Sonda Traspilorica para Alimentacion Enteral | **14 Fr., Con lastre y mandril, para** alimentación enteral (Naso-yeyunal) 100 % silicona, libre de latex y PVC, longitud 125 cm mínimo mandril semi rígido, radiopaco, marcada a **20, 30, 40 y 50 cm. del extremo distal. Extremo distal cerrado con 3 orificios laterales.** | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Silmag | Argentina |
| 481 | Sonda Traspilorica para Alimentacion Enteral | **16 Fr., Con lastre y mandril, para** alimentación enteral (Naso-yeyunal) 100 % silicona, libre de latex y PVC, longitud 125 cm. mandril semi rígido, radiopaco, marcada a 20, 30, **40 y 50 cm. del extremo distal. Extremo distal cerrado con 3 orificios laterales.** | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Silmag | Argentina |
| 482 | Sonda Traspilorica para Alimentacion Enteral | **6 Fr., Con lastre y mandril, para** alimentación enteral (Naso-yeyunal) 100 % silicona, libre de latex y PVC, longitud 125 cm mínimo mandril semi rígido, radiopaco, marcada a **20, 30, 40 y 50 cm. del extremo distal. Extremo distal cerrado con 3 orificios laterales.** | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Silmag | Argentina |
| 483 | Sonda Traspilorica para Alimentacion Enteral | **8 Fr., Con lastre y mandril, para** alimentación enteral (Naso-yeyunal) 100 % silicona, libre de latex y PVC, longitud 125 cm mínimo, mandril semi rígido, radiopaco, marcada a 20, 30, 40 y 50 cm. del extremo distal. Extremo distal cerrado con 3 orificios laterales. | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Silmag | Argentina |
| 484 | Sonda Vesical | N° 6 material de látex, baño de silicona, orificio laterales, punta atrumatica, 1 via | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | PREMIUM | CHINA |
| 485 | Sonda Vesical | N° 8 material de látex, baño de silicona, orificio laterales, punta atrumatica, 1 via | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | PREMIUM | CHINA |
| 486 | Sonda Vesical | N° 10 material de látex, baño de silicona, orificio laterales, punta atrumatica, 1 via | DIEST MEDICINAL | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | FUMED/GREETEM ED | CHINA |
| 487 | Sonda Vesical | N° 12 material de látex, baño de silicona, orificio laterales, punta atrumatica, 1 via | DIEST MEDICINAL | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | FUMED/GREETEM ED | CHINA |
| 488 | Sonda Vesical | N° 14 material de látex, baño de silicona, orificio laterales, punta atrumatica, 1 via | DIEST MEDICINAL | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | FUMED/GREETEM ED | CHINA |
| 489 | Sonda Vesical | N° 16 material de látex, baño de silicona, orificio laterales, punta atrumatica, 1 via | DIEST MEDICINAL | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | FUMED/GREETEM ED | CHINA |
| 490 | Sonda Vesical | N° 18 material de látex, baño de silicona, orificio laterales, punta atrumatica, 1 via | DIEST MEDICINAL | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | FUMED/GREETEM ED | CHINA |
| 491 | Sonda Vesical | N° 20 material de látex, baño de silicona, orificio laterales, punta atrumatica, 1 via | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | PREMIUM | CHINA |
| 492 | Sonda Vesical | N° 22 material de látex, baño de silicona, orificio laterales, punta atrumatica, 1 via | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | RUSCH | USA |
| 493 | Sonda Vesical | N° 24 material de látex, baño de silicona, orificio laterales, punta atrumatica, 1 via | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | RUSCH | USA |
| 494 | Sonda Vesical doble via | N° 6 material de látex, baño de silicona, orificio laterales, punta atrumatica, 2 via | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | PREMIUM | CHINA |
| 495 | Sonda Vesical doble via | N° 8 material de látex, baño de silicona, orificio laterales, punta atrumatica, 2 via | SCARPE S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | K&G - Shanghai K&G International Co.,Ltd. | CHINA |
| 496 | Sonda Vesical doble via | N° 10 material de látex, baño de silicona, orificio laterales, punta atrumatica, 2 via | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | PREMIUM | CHINA |
| 497 | Sonda Vesical doble via | N° 12 material de látex, baño de silicona, orificio laterales, punta atrumatica, 2 via | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Conffidel / Shangai Channelmed | China |
| 498 | Sonda Vesical doble via | N° 16 material de látex, baño de silicona, orificio laterales, punta atrumatica, 2 via | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Conffidel / Shangai Channelmed | China |
| 499 | Sonda Vesical doble via | N° 18 material de látex, baño de silicona, orificio laterales, punta atrumatica, 2 via | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Shangai Channelmed | China |
| 500 | Sonda Vesical doble via | N° 20 material de látex, baño de silicona, orificio laterales, punta atrumatica, 2 via | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Conffidel / Shangai Channelmed | China |
| 501 | Sonda Vesical doble | N° 22 material de látex, baño de | CHACO | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por | Conffidel / | China |

María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Sección de Planificación y Uso
de Medicamentos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

# LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389

## *DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | via | silicona, orificio laterales, punta atrumatica, 2 via | INTERNACIONAL S.A. | cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Shangai Channelmed | |
| 502 | Sonda Vesical doble via | N° 24 material de látex, baño de silicona, orificio laterales, punta atrumatica, 2 via | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | CAMIA | NACIONAL |
| 503 | Sutura Mecanica | Grampas para suturas cutaneas, con 10 a 20 click | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | AutoSuture | Mexico |
| 504 | Tapa Boca | Desechable, con filtro de tres pliegues, con sujección a la oreja con goma elástica (Oferta en UNIDAD) Presentacion en cajas | ENDOTERAPIA S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Suyun Medical | china |
| 505 | Tapa para cateter | adaptador de goma, latex, conector para via simple y heparinisada, sin la utilizacion de agujas, sistema cerrado, | PROSALUD FARMA S.A. | La primera oferta correspondiene a la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. no cumple con las especificaciones tecnicas requeridas en el PBC, no cumple con el sisitema cerrado por lo que se recomienda desestimar dicho item, Lasgunda oferta correspondiente a la empresa DORLAND S.A. no cumple con las especificaciones tecnicas no presenta csistema cerrado por lo que se recomienda desestimar dicho item, la tercera oferta correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. no cumple con las especificaciones tecnicas al realizar la prueba se verifica que tiene filtraciones **por lo que se desestima dicha oferta de acuerdo al articulo 30 inc. b de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se procede la evaluacion a la ssiguiente oferta correspondiente a la empresa** PROSALUD FARMA S.A. que cumple con las especificaciones tecnicas en el PBC y ser la siguiente oferta. | CLAVE | EE.UU |
| 506 | Testigos de esterilización para autoclave | Cinta Quimica para esterilización. Autoclave. | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Ciex | Brasil |
| 507 | Testigos de esterilización para autoclave | Indicador quimico para esterilización. Autoclave. Tiras, calor húmedo, 121º, con viraje de color | SCARPE S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | EFELAB | ARGENTINA |
| 508 | Testigos de esterilización para estufa | Indicador quimico para esterilización. Estufa. Tiras, calor seco, 160º, con viraje de color | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por falta de oferente de acuerdo al articulo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 509 | Tira reactiva para glucosa en sangre | Tiras rango minimo de medicion de 0 a 990 mg, con minimo 10 cartas de colores | INFOTEC S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Betachek | Australia |
| 510 | Traductor de presion arterial | TRASDUCTOR ARTERIAL CON EXTENSOR Y CONEXIONES CIRCULAR | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Becton, Dickinson | USA |
| 511 | Traductor de presion arterial | Rectangular | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Edan | China P.R. |
| 512 | Trocar toraxico | N° 24, con cateter para drenaje torácico con trocar metálico | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Vitromed | INDIA |
| 513 | Trocar toraxico | 28 Fr, con cateter para drenaje torácico con trocar metálico | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Kendall | Mexico |
| 514 | Trocar toraxico | 32 Fr, con cateter para drenaje torácico con trocar metálico | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Vitromed | INDIA |
| 515 | Trocar toraxico | N°6 , con cateter para drenaje torácico con trocar metálico | DESIERTO | Se recomienda declarar DESIERTO el presente item por superar el precio referencial en un 708% de acuerdo al articulo 30 inc. c de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" | | |
| 516 | Trocar toraxico | N°8, con cateter para drenaje torácico con trocar metálico | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Vitromed | INDIA |
| 517 | Trocar toraxico | N°10, con cateter para drenaje torácico con trocar metálico | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Vitromed | INDIA |
| 518 | Trocar toraxico | N°12, con cateter para drenaje torácico con trocar metálico | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Vitromed | INDIA |
| 519 | Trocar toraxico | N°14, con cateter para drenaje torácico con trocar metálico | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Vitromed | INDIA |
| 520 | Trocar toraxico | N°16, con cateter para drenaje torácico con trocar metálico | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Vitromed | INDIA |
| 521 | Trocar toraxico | N°18, con cateter para drenaje torácico con trocar metálico | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Vitromed | INDIA |
| 522 | Trocar toraxico | N°20, con cateter para drenaje torácico,material PVC con indicador radiopaco, con trocar metálico | JCM PHARMA | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Vitromed | INDIA |
| 523 | Tubo de Drenaje Pleural | neonatal long. 8 cm.material PVC con indicador radioopaco, esteril, multiperforada, flexible | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Cirurgica Brasil | Brasil |
| 524 | Tubo de Drenaje Pleural | FR Nº 8. esteril, multiperforada, flexiblematerial PVC con indicador radiopaco | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Cirurgica Brasil | Brasil |
| 525 | Tubo de Drenaje Pleural | N° 12 esteril, multiperforada, flexible,material PVC con indicador radiopaco | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Cirurgica Brasil | Brasil |
| 526 | Tubo de Drenaje Pleural | N° 18 esteril, multiperforada, flexible,material PVC con indicador radiopaco | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Cirurgica Brasil | Brasil |
| 527 | Tubo de Drenaje Pleural | N° 28 esteril, multiperforada, flexible. matesial PVC con indicador radiopaco | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Cirurgica Brasil | Brasil |
| 528 | Tubo de Drenaje Pleural | Nº 16 esteril, multiperforada, flexible,material PVC con indicador radiopaco | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Cirurgica Brasil | Brasil |
| 529 | Tubo de Drenaje Pleural | Nº 20 esteril, multiperforada, flexible, material PVC con indicador | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor | Cirurgica Brasil | Brasil |

Maria Del Rocio Bogado Benitez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Lic. RALPH A. MUÑEZ URBIETA G.

**Abog. Pedro A. Santander**
**Asesor Jurídico**
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

# LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010
# "ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389

## *DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | radiopaco | | oferta | | |
| 530 | Tubo Endotraqueal | N º 6 Descartable, con balón. Tubo arqueado, libre de latex y PVC, con madril de polietileno, marcado desde los 190 mm hasta los 270 mm cada 10 mm, linea radiopaca | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | RUSCH/USA | URUGUAY |
| 531 | Tubo Endotraqueal | N º 6,5 Descartable, con balón. Tubo arqueado, libre de latex y PVC, con madril de polietileno, marcado desde los 190 mm hasta los 270 mm cada 10 mm, linea radiopaca | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | RUSCH/USA | URUGUAY |
| 532 | Tubo Endotraqueal | N º 7 Descartable, con balón. Tubo arqueado, libre de latex y PVC, con madril de polietileno, marcado desde los 190 mm hasta los 270 mm cada 10 mm, linea radiopaca | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | RUSCH/USA | URUGUAY |
| 533 | Tubo Endotraqueal | N º 7,5 Descartable, con balón. Tubo arqueado, libre de latex y PVC, con madril de polietileno, marcado desde los 200 mm hasta los 280 mm cada 10 mm, linea radiopaca | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | RUSCH/USA | URUGUAY |
| 534 | Tubo Endotraqueal | N º 8 Descartable, con balón. Tubo arqueado, libre de latex y PVC, con madril de polietileno, marcado desde los 220 mm hasta los 280 mm cada 10 mm, linea radiopaca | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | la primera oferta correpsodneinte a la empresa SCARPE S.R.L. no presenta muestra en tiempo y forma lo cual es fundamental para evaluacion del producto por lo que se recomienda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUAYAS que cumple con las especificaciaones tecnicas y ser la siguiente oferta | RUSCH/USA | URUGUAY |
| 535 | Tubo Endotraqueal | N º 8,5 Descartable, con balón. Tubo arqueado, libre de latex y PVC, con madril de polietileno, marcado desde los 220 mm hasta los 280 mm cada 10 mm, linea radiopaca | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | RUSCH/USA | URUGUAY |
| 536 | Tubo Endotraqueal | Sin balón, diámetro interno 5,5 mm. Tubo arqueado, libre de látex y PVC, con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 210 mm cada 10 mm, linea radiopaca, descartable | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | RUSCH/USA | URUGUAY |
| 537 | Tubo Endotraqueal | Sin balón, diámetro interno 2 mm. Tubo arqueado, libre de látex y PVC, con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, linea radiopaca, descartable | JCM PHARMA | La primera oferta correspodneinte a la empresa SCARPE S.R.L. no presenta muestra en tiempo y forma por lo que es fundamental para la evaluacion del producto por lo que se recomienda desestimar dicho, Se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa por cumplir JMC PHARMA qye cumple con las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | Silmag | Argentina |
| 538 | Tubo Endotraqueal | Sin balón, diámetro interno 2,5 mm. Tubo arqueado,libre de látex y PVC, con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, linea radiopaca, descartable | SCARPE S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | HE-HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY | INDIA |
| 539 | Tubo Endotraqueal | Sin balón, diámetro interno 3 mm. Tubo arqueado, libre de látex y PVC, con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, linea radiopaca, descartable | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Romsons | India |
| 540 | Tubo Endotraqueal | Sin balón, diámetro interno 3,5 mm. Tubo arqueado, libre de látex y PVC, con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, linea radiopaca, descartable | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Romsons | India |
| 541 | Tubo Endotraqueal | Sin balón, diámetro interno 4 mm. Tubo arqueado, libre de látex y PVC, con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, linea radiopaca, descartable | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Romsons | India |
| 542 | Tubo Endotraqueal | Sin balón, diámetro interno 4,5 mm. Tubo arqueado, libre de látex y PVC, con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 120 mm cada 10 mm, linea radiopaca, descartable | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Romsons | India |
| 543 | Tubo Endotraqueal | Sin balón, diámetro interno 5 mm. Tubo arqueado, libre de látex y PVC, con mandril de polietileno, marcado desde los 40 mm hasta los 210 mm cada 10 mm, linea radiopaca, descartable | ARGON S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Romsons | India |
| 544 | Tubo para drenaje Penrose | 1,5", estéril, látex, Dren de Penrosse | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | Cirurgica Brasil | Brasil |
| 545 | Tubo para drenaje Penrose | 1/2", estéril, látex, Dren de Penrosse | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Cirurgica Brasil | Brasil |
| 546 | Tubo para drenaje Penrose | 1/4", estéril, látex, Dren de Penrosse | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Cirurgica Brasil | Brasil |
| 547 | Tubo para drenaje Penrose | 3/4", estéril, látex, Dren de Penrosse | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Cirurgica Brasil | Brasil |
| 548 | Tubo para drenaje Penrose | 1", estéril, látex, Dren de Penrosse | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | MADEGOM/CHILE | CHILE |
| 549 | Tubo traqueal para intubacion bronquial | Tubo endobronquial, doble lumen para intubación selectiva IZQUIERDO 35 Fr | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Mallinckrodt - | Irlanda |
| 550 | Tubo traqueal para intubacion bronquial | Tubo endobronquial, doble lumen para intubación selectiva | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor | Mallinckrodt - | Irlanda |

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

**LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010**
**"ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389**

***DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IZQUIERDO 37 Fr | | oferta | | |
| 551 | Tubo traqueal para intubacion bronquial | Tubo endobronquial, doble lumen para intubación selectiva IZQUIERDO 39 Fr | NELSON ARCOS S.R.L. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Mallinckrodt - | Irlanda |
| 552 | Venda cambray | 15 cm ancho x 3 m. largo como minimo | NELSON ARCOS S.R.L. | la primera oferta correspondiente a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. no cumple con las especificaciones tecnicas al no presentar venday cambray por lo que se recomienda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa NELSON ARCOS S.R.L. que cumple las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | Textil Sanitaria | Paraguay |
| 553 | Venda cambray | 10 cm. x 3 mt como minimo | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Conffidel / Shangai Channelmed | China |
| 554 | Venda de Algodón | 15 cm x 3 mt minimo (algodón laminado) | DORLAND S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | MIMOSO | NACIONAL |
| 555 | Venda de Algodón | 20 cm x 3 mt (algodón laminado)minimo | DORLAND S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | MIMOSO | NACIONAL |
| 556 | Venda Elastica | de 20 cm de ancho x 3 m.de largo como minimo, de material resistente, | HOSPITALAR S.A. | la primera oferta correpondiente a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. no cumple las especificaciones tecnicas no cumple con la medida solicitada ofertan de 1,5 mts y lo solicitado es de 3 mts como minimo, la sisuiente oferta correspodniente a la empresa PYH PHARMA no presenta muestra lo cual es fundamental para la evaluacion del producto por lo que se recomienda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa HOSPITALAR S.A. que cumple las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | ELIL | ARGENTINA |
| 557 | Venda Elastica | de 10 cm de ancho x 3 m.de largo como minimo, de material resistente | HOSPITALAR S.A. | La primera oferta correspondiente a la empresa CHACO INTERNACIONAL no cumple con las especificaciones tecnicas porque en su muestra oferta la venda 15 cm x 1,5 mts de largo y lo solicitado es de 15 cm x 3 mts como minimo por lo que se recomienda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUYAS S.A.E.C.A. que cumple las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | ELIL | ARGENTINA |
| 558 | Venda Enyesada | 15 cm x 3 mt. como minimo | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | La primera oferta correspodneinte a la empresa GRUPO MULTICOMP S.A. se recomienda desestirmar a dicha empresa según Nota DPRUM N° 145/2010 donde dicen que por problemas en los tramites de legalizacion del documento, no hemos podidos hacer entrega dentro del plazo solicitado, de la "Constacia de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio nacional, emanado por el departamento de Control de Profesiones de Salud y Afines del MSPBS", se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. que cumple con las especificaciones tecnicas y ser la siguiente mejor oferta | CREMER | BRASIL |
| 559 | Venda Enyesada | 20 cm x 3 mt. como minimo | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | La primera oferta correspodneinte a la empresa GRUPO MULTICOMP S.A. se recomienda desestirmar a dicha empresa según Nota DPRUM N° 145/2010 donde dicen que por problemas en los tramites de legalizacion del documento, no hemos podidos hacer entrega dentro del plazo solicitado, de la "Constacia de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio nacional, emanado por el departamento de Control de Profesiones de Salud y Afines del MSPBS", se procede a evaluar la siguiente oferta correspodniente a la firma VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la siguiente mejor oferta. | CREMER | BRASIL |
| 560 | Venda Enyesada | 10 cm. x 3 mt. como minimo | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | La primera oferta correspodneinte a la empresa GRUPO MULTICOMP S.A. se recomienda desestirmar a dicha empresa según Nota DPRUM N° 145/2010 donde dicen que por problemas en los tramites de legalizacion del documento, no hemos podidos hacer entrega dentro del plazo solicitado, de la "Constacia de autorizacion de importacion y comercializacion de los dispositivos medicos dentro del territorio nacional, emanado por el departamento de Control de Profesiones de Salud y Afines del MSPBS", se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. que cumple con las especificaciones tecnicas y ser la siguiente mejor oferta | CREMER/BRASIL | BRASIL |
| 561 | Venda Semi elastica | (minimo)de 10 cm de ancho x 4,5 m largo | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | La primera oferta correspodniente a la empresa CHACO INTERNACIONAL no cumple con las especificaciones tecnicas la muestra presentada es de 3,5mts y lo solicitado es 4,5 mts por lo que se recomienda desestimar dicho item, la siguiente oferta co HOSPITALAR no presenta muestra lo que es fundamental para la evaluacion del producto por lo que se recomienda desestimar dicho item, se procede a evaluar la siguiente oferta correspondiente a la empresa VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. que cumple las especificaciones tecnicas y ser la siguiente oferta | CREMER/BRASIL | BRASIL |
| 562 | Venda Semi elastica | (minimo)de 20 cm de ancho x 3 m.de largo puede ofertar 4,5 m largo | CHACO INTERNACIONAL S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la mejor oferta | Shangai Channelmed | China |
| 563 | Venda Semi elastica | (minimo)de 30 cm de ancho x 3 m.de largo puede pfertar 4 mts largo | HOSPITALAR S.A. | Se recomienda la adjudicacion a la empresa por cumplir las especificaciones tecnicas y ser la unica oferta | NEVE | BRASIL |

Lic. RAL[illegible] NUÑEZ URBIETA G.

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

**LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010**
**"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389**
***DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD***

**OBSERVACION: En relación a los items que sobrepasan los precios referenciales, se han evaluado teniendo en cuenta el precio mercado, es decir el precio de venta al publico, constatándose que en todos los casos, los precios ofertados son inferiores, por lo cual se recomienda la adjudicación de dichos ítems, considerando que los precios son aceptables y vista la necesidad imperiosa de contar con insumos en cuestión, ya que en los procesos licitatorios anteriores varios de ellos ya han sido declarados desiertos, y/o sufrieron diminución de cantidades a los efectos de ajustarse a la Disponibilidad Presupuestaria. Además cabe resaltar que este llamado para la adquisición de insumos es el UNICO y ULTIMO a realizarse en el Ejercicio fiscal 2010, por lo que de no realizarse la adquisición de los mismos, produciría un desabastecimiento total de los servicios dependientes del Ministero de Salud.**

**SEXTO:** Forma parte de la Evaluación el Análisis de los ratios financieros de las ofertas. Se analizan también la vigencia de los Documentos expedidos por DNVS y el Dpto. de Control de Establecimientos de Salud y Afines, tras lo cual se solicitaron las documentaciones pertinentes a los oferentes y se evaluó la respuesta de los mismos. Así también, se evaluaron los demás documentos no sustanciales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, los cuales se resumen conforme al Informe realizado, en fecha 25/11/2010, por la Lic. Ivette Coronel, del Departamento de Licitaciones de la Dirección Operativa de Contrataciones del Nivel Central, en el cual todos los oferentes que presentaron sus ofertas cumplen con los criterios económicos requeridos.

**SEPTIMO:** Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta, y seleccionando las ofertas que cumplen sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:

| | EMPRESA | ITEMS ADJUDICADOS | MONTO TOTAL ADJUDICADO |
|---|---|---|---|
| 1 | ARGON S.R.L. | 85-86-87-88-180-332-333-334-335-336-337-338-339-350-365-366-385-392-393-396-423-424-425-426-511-439-540-541-542-543 | 373.190.822 |
| 2 | CATETERES & AFINES | 177-178-182-189-190-191-325-326-327-328-329-330 | 71.168.900 |
| 3 | CHACO INTERNACIONAL S.A. | 40-51-58-73-74-75-76-83-84-172-173-206-207-233-276-290-295-308-376-377-381-383-384-391-394-395-398-497-498-499-500-501-506-553-562 | 1.352.735.350 |
| 4 | CIRUMED | 10-11-12-13-14-15-17-18-20-21-50-68-150-209-210-211-241-271-390-408-468 | 374.239.250 |
| 5 | COMPAÑÍA QUIMICA VICENTE SCAVONE C.I.S.A. | 27-212-234-235-236-243-244-246-247-253-255-256-258-259-261-263-291-292-293-297-298-300-319-502 | 6.458.279.890 |
| 6 | D Y D DISTRIBUIDORA S.A. | 318-415-416-417-418-419 | 6.409.841.800 |
| 7 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA | 59-60-61-62-63-64-128-144-145 | 1.360.200.000 |
| 8 | DEZETA S.A. | 314-316-414 | 287.149.500 |
| 9 | DIEST MEDICINAL | 25-39-186-205-208-213-230-486-487-488-489-490 | 4.127.124.540 |
| 10 | DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. | 142-146-17-165-166-175-176-179-181-184-197-200-222-287-303-331-399-430-431-433-436-438-440-441-442-443-444-445-510 | 1.816.933.470 |
| 11 | DORLAND S.A. | 24-26-29-32-93-94-95-96-97-219-237-238-239-351-554-555 | 3.853.400.800 |
| 12 | DROGUEPAR S.A. | 41-42-45-46-48-49-139-140-141-143-162-163-174-304-305-306-307-352-353-354-355-356-357-358-434-437 | 782.469.900 |
| 13 | ENDOTERAPIA S.R.L. | 275-504 | 193.415.400 |
| 14 | FRAN CAR S.R.L. | 28-57-65-66 | 2.168.705.000 |
| 15 | HOSPITALAR S.A. | 7-8-9-67-153-154-169-192-214-215-216-341-342-343-344-345-346-347-348-556-557-563 | 874.627.500 |
| 16 | IMPORTADORA EUROAMERICANA | 89-196-203-289-317 | 1.353.669.500 |
| 17 | INDEX SACI | 455 | 107.662.500 |
| 18 | INFOTEC S.A. | 509 | 1.475.000 |
| 19 | JACK FACK S.R.L. | 312-313-315-405-406-407-409-410-411-412-413 | 3.563.208.000 |
| 20 | JCM PHARMA | 77-78-79-81-82-98-99-124-125-126-130-131-132-133-134-135-136-137-323-324-461-462-463-464-465-466-478-479-480-481-482-483-512-514-516-517-518-519-520-521-522-537 | 2.792.531.804 |
| 21 | JUBE | 245-264-270 | 961.725.050 |
| 22 | LA CASA DEL MEDICO | 199-202-386-387-388-389-400-401-402-403-404-435 | 645.505.000 |
| 23 | NELSON ARCOS S.R.L. | 70-90-91-92-100-101-102-138-148-170-250-252-429-439-446-447-452-453-460-467-503-513-523-524-525-526-527-528-529-544-545-546-547-519-550-551-552 | 3.045.741.320 |
| 24 | P&H PHARMA | 109-110-111-112-113-114-115-116-217 | 126.583.200 |
| 25 | PROSALUD FARMA SA. | 22-23-35-103-104-105-106-107-108-260-262-266-505 | 2.863.555.000 |
| 26 | SALUMAX S.A. | 149-193-194-231 | 688.976.950 |
| 27 | SCARPE S.R.L. | 151-223-320-432-495-507-538 | 54.586.200 |
| 28 | SIEGEN | 187-188-288 | 10.606.920 |
| 29 | VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A. | 3-4-5-6-30-31-36-39-43-52-53-54-55-56-69-72-117-118-120-121-122-123-152-155-156-157-158-159-160-161-164-167-171-195-201-204-218-220-221-225-226-227-228-272-277-278-279-280-281-282-283-286-294-296-299-301-302-367-368-369-370-371-378-379-380-382-420-421-422-456-457-458-459-469-471-472-473-474-475-476-477-484-485-491-492-493-494-496-530-531-532-533-534-535-536-548-558-559-560-561 | 16.747.693.320 |
| 30 | MATHER COMPANY S.A. | 1-2 | 1.615.000.000 |

Dra. María Del Rocio Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso Racional de Medicamentos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

**LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL N° 15/2010**
**"ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y REGIONES SANITARIAS – ID 203389**

***DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD***

| | |
|---|---|
| Total adjudicado | 65.082.001.886 |

**Monto Total Adjudicado: Guaranies** SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS MILLONES UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS.----------

Se recomienda Declarar Desierto los ítems:

| | |
|---|---|
| DESIERTOS: | 16-19-33-44-47-80-119-127-129-168-183-185-198-224-229-232-240-242-248-249-251-267-268-269-273-274-284-285-309-310-311-321-322-340-349-359-360-361-362-363-364-372-373-374-375-397-427-428-448-449-450-451-454-471-508-515 |

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) Dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Abog. Pedro Adrián
Asesor Jurídico DGGIES

Dra. Rocío Bogado
Representante de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

C.P. Ralph Núñez Urbieta
Asesor de la DGGIES