LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
CODEX S.R.L.	40	2683	11001670	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 10 MM 1/2 CÍRCULO PUNTA CILINDRICA VARIACIÓN +- 0,2 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	COVIDIEN	RCA. DOMINICANA - BRASIL	49.470	130.600.800		43.023	15%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad. y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.
PROMEPAR S.A.	41	5535	11001677	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	ATRAMAT	MEXICO	16.666	43.998.240		38.235	-56%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad. y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
NL PHARMA S.A.	41	5535	11001677	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	SHALON	BRASIL	18.333	48.399.120		38.235	-52%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto al diametro de la hebra y la resistencia a la tensión. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
INFINITY INTERNACIONAL S.A.	41	5535	11001677	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TAISIER MED	EGIPTO	18.939	49.998.960		38.235	-50%	No presenta ~~presenta~~ muestras para el comité evaluador y para el Dpto de Control de Calidad para su analisis. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
INPROMED S.A.	41	5535	11001677	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TAISIER MED	EGIPTO	26.496	69.949.440		38.235	-31%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a la muestra presenta Polipropileno N°5/0 y se solicita N° 3/0 . Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Garnierr.
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Patiño Juelar
Abogada - Mat. N° 41.952
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

171

Dra. Marta E. Quiñ...
...ación de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

...FRANCO
...en Ejecución
...de Contratos.
D.G.M.I.S - D.L.S.S. - I...

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
BIOERIX S.A.	41	5535	11001677	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	B BRAUN SUTURAS OPTILENE	ESPAÑA	28.787	75.995.680		38.235	-25%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **NO ACEPTO ADECUAR SU PRECIO A LA OFERTA MAS BAJA.**
MEDICAL SUPLLY S.A.	41	5535	11001677	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TRULENE	INDIA	33.000	87.120.000		38.235	-14%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a la resistencia a la tensión. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
AO POTI S.A.	41	5535	11001677	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TRULENE	INDIA	33.000	87.120.000		38.235	-14%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a la resistencia a la tensión. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	41	5535	11001677	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	VITAL SUTURES	PERU	34.667	91.520.880		38.235	-9%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
CODEX S.R.L.	41	5535	11001677	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS 1/2	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	COVIDIEN	RCA. DOMINICANA - BRASIL	43.970	116.080.800		38.235	15%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christian Olmedo
Reg. N°7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enrisa Ortiz
Abogada Mat. [illegible]
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

ROBERTO RANCO
Dirección de Ejecución de Contratos
D.G.M.I.S. - D.L.S.S. - I.P.S.

172

Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

0001113

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	Observaciones
					CIRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN + - 0,2 CM.													de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **NO ACEPTO ADECUAR SU PRECIO A LA OFERTA MAS BAJA.**
PROMEPAR S.A.	42	7252	11001672	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 3/0 C/2 AGUJAS CILINDRICAS 1/2 CÍRCULO 2,5 CM. VARIACIÓN: + - 0,2 CM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	5280	10560	ATRAMAT	MEXICO	26.846	283.493.760		38.235	-30%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
NL PHARMA S.A.	42	7252	11001672	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +-0,2 MM	Unidad	ENVASE ESTERIL	Por Cantidad	5.280	10.560	SHALON	BRASIL	27.095	286.123.200		32.723	-17%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
INPROMED S.A.	42	7252	11001672	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	ENVASE ESTERIL	Por Cantidad	5.280	10.560	TAISIER MED	EGIPTO	27.285	288.129.600		32.723	-17%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y en cuanto a las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
INFINITY INTERNACIONAL S.A.	42	7252	11001672	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	ENVASE ESTERIL	Por Cantidad	5.280	10.560	TAISIER MED	EGIPTO	27.367	288.995.520		32.723	-16%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y en cuanto a las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de

Instituto de Previsión Social
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopía
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Patricia Duarte
Abogada
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

173

Marta E. Coll
Sección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

0001112

ROBERTO BLANCO
Sección Selección
D. Contratos
DC-IPS

2023-03-21 08:23:32.2883

0001111

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
																		Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
BIOERIX S.A.	42	7252	11001672	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	ENVASE ESTERIL	Por Cantidad	5.280	10.560	B BRAUN - SUTURAS OPTILENE	ESPAÑA	27.651	291.994.560		32.723	-15%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y en cuanto a las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	42	7252	11001672	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	ENVASE ESTERIL	Por Cantidad	5.280	10.560	VITAL SUTURES	PERU	34.667	366.083.520		32.723	6%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
CODEX S.R.L.	42	7252	11001672	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	ENVASE ESTERIL	Por Cantidad	5.280	10.560	COVIDIEN	RCA. DOMINICANA - BRASIL	37.630	397.372.800		32.723	15%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.
MEDICAL SUPLLY S.A.	42	7252	11001672	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	ENVASE ESTERIL	Por Cantidad	5.280	10.560	TRULENE	INDIA	48.000	506.880.000		32.723	47%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y en cuanto a las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.
AO POTI S.A.	42	7252	11001672	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 17 MM 1/2 CIRCULO PUNTA CILÍNDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	ENVASE ESTERIL	Por Cantidad	5.280	10.560	TRULENE	INDIA	48.000	506.880.000		32.723	47%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 26.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopía
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Encina
Abogada Mat.
Dirección
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

174

Marta E.
Coordinación de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
																		informe del Dpto de Control de Calidad.
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	43	9354	11001668	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA 10 MM 1/2 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	VITAL SUTURES	PERU	36.742	96.998.880		39.380	-7%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto. de control de calidad en cuanto a las dimensiones de la aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
INFINITY INTERNACIONAL S.A.	43	9354	11001668	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA 10 MM 1/2 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TAISIER MED	EGIPTO	37.367	98.648.880		39.380	-5%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
INPROMED S.A.	43	9354	11001668	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA 10 MM 1/2 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TAISIER MED	EGIPTO	37.708	99.549.120		39.380	-4%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
BIOERIX S.A.	43	9354	11001668	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA 10 MM 1/2 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	B BRAUN - SUTURAS OPTILENE	ESPAÑA	41.666	109.998.240		39.380	6%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto. de control de calidad en cuanto a las dimensiones de la aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
CODEX S.R.L.	43	9354	11001668	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA 10 MM 1/2 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	COVIDIEN	RCA. DOMINICANA - BRASIL	45.287	119.557.680		39.380	15%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Edgar José Giménez Palacios Dirección Jurídica Abog. Mat. C.S.J. N° 26.175

Dr. Daniel Cantero Médico Cirujano Cirugía General y Videolaparoscopia Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Dr. Christians Olmedo Reg. N° 7004 Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Ignacio Aguilar Abogada Dirección Jurídica INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Marta E. ... Coordinación de Suministros ... DGMIS D.L.S.S. I.P.S.

0001116

2023-03-21 08:23:32.2883

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
																		solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.Se **Sugiere Adjudicar.**
MEDICAL SUPLLY S.A.	43	9354	11001668	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA 10 MM 1/2 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TRULENE	INDIA	48.000	126.720.000		39.380	22%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad.
AO POTI S.A.	43	9354	11001668	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 6/0 C/2 AGUJAS CILÍNDRICA 10 MM 1/2 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,2 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TRULENE	INDIA	48.000	126.720.000		39.380	22%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguj. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad.
INFINITY INTERNACIONAL S.A.	44	10225	11001666	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 8/0 C/ 2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 8 MM 3/8 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,1 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TAISIER MED	EGIPTO	52.651	138.998.640		106.967	51%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
MEDICAL SUPLLY S.A.	44	10225	11001666	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 8/0 C/ 2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 8 MM 3/8 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,1 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TRULENE	INDIA	53.030	139.999.200		106.967	-50%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a la longitud de la hebra , resistencia a la tension y a la sujecion de la hebra -aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
AO POTI S.A.	44	10225	11001666	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N° 8/0 C/ 2	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TRULENE	INDIA	53.030	139.999.200		106.967	-50%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Canteros
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Ovelar
Abogada - Mat. N° 21052
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

0001103

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID Nº 410.902.

Oferente	Item	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
					AGUJAS CILINDRICA DE 8 MM 3/8 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,1 MM.													el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a la longitud de la hebra , resistencia a la tension y a la sujecion de la hebra -aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	44	10225	11001666	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO Nº 8/0 C/ 2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 8 MM 3/8 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,1 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	VITAL SUTURES	PERU	54.923	144.996.720		106.967	-49%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad en cuanto a la sujecion de la hebra. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **Se Sugiere descalificar.**
BIOERIX S.A.	44	10225	11001666	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO Nº 8/0 C/ 2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 8 MM 3/8 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,1 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	B BRAUN - SUTURAS OPTILENE	ESPAÑA	98.484	259.997.760		106.967	-8%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE ADJUDICAR.**
INPROMED S.A.	44	10225	11001666	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO Nº 8/0 C/ 2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 8 MM 3/8 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,1 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	TAISIER MED	EGIPTO	122.916	324.498.240		106.967	15%	No presenta ~~presenta~~ muestras para el comité evaluador y para el Dpto de Control de Calidad para su analisis. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
CODEX S.R.L.	44	10225	11001666	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO Nº 8/0 C/ 2 AGUJAS CILÍNDRICA DE 8 MM 3/8 CÍRCULO. PUNTA CILINDRICA. VARIACIÓN +- 0,1 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.320	2.640	COVIDIEN	RCA. DOMINICANA - BRASIL	123.012	324.751.680		106.967	15%	La muestra presentada CUMPLE con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad. **NO ACEPTO ADECUAR SU PRECIO A LA OFERTA MAS BAJA.**

177

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Dr. Daniel Caniero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopía
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Elena Ovelar
Abogada - Mat. Nº 11.062
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

... Colmán
...ación de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

0001103

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
PROMEPAR S.A.	45	2714	11001671	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO.N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 13 MM. 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA.VARIACIÓN + - 0,2 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	2.070	4.140	ATRAMAT	MEXICO	24.903	103.098.420		35.000	-29%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
NL PHARMA S.A.	45	2714	11001671	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO.N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 13 MM. 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA.VARIACIÓN + - 0,2 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	2.070	4.140	SHALON	BRASIL	25.010	103.541.400		35.000	-29%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguja. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
INFINITY INTERNACIONAL S.A.	45	2714	11001671	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO.N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 13 MM. 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA.VARIACIÓN + - 0,2 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	2.070	4.140	TAISIER MED	EGIPTO	25.362	104.998.680		35.000	-28%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
INPROMED S.A.	45	2714	11001671	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO.N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 13 MM. 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA.VARIACIÓN + - 0,2 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	2.070	4.140	TAISIER MED	EGIPTO	26.028	107.747.640		35.000	-26%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EE.TT establecidas en el PBC, según informe del Dpto. de Control de Calidad, en cuanto a las dimensiones de la aguja y diametro de la aguja y diametro de la hebra. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad.**SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	45	2714	11001671	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO.N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 13 MM. 1/2 CIRCULO PUNTA	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	2.070	4.140	VITAL SUTURES	PERU	34.661	143.496.540		35.000	-1%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christian Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Enciso Ovelar
Abogada
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. - I.P.S.

00011107

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
					CILINDRICA.VARIACION + - 0,2 MM.													documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
CODEX S.R.L.	45	2714	11001671	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO.N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 13 MM. 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA.VARIACIÓN + - 0,2 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	2.070	4.140	COVIDIEN	RCA. DOMINICANA - BRASIL	40.250	166.635.000		35.000	15%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.
AS GROUP S.A.	45	2714	11001671	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO.N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 13 MM. 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA VARIACIÓN + - 0,2 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	2.070	4.140	B BRAUN - SUTURAS OPTILENE	ESPAÑA	40.950	169.533.000		35.000	17%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.
MEDICAL SUPLLY S.A.	45	2714	11001671	42312201-009	HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO:SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO.N° 5/0 C/2 AGUJAS DE 13 MM. 1/2 CIRCULO PUNTA CILINDRICA VARIACIÓN + - 0,2 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	2.070	4.140	TRULENE	INDIA	47.826	197.999.640		35.000	37%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC,según informe del Dpto. de control de calidad,en cuanto a las dimensiones de la aguja /Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad.
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	46	7168	11001732	42312201-007	HILO PARA SUTURA SEDA:SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 0 C/AGUJA DE 3 CM 3/8 CIRCULO. VARIACIÓN: + - 2 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	3.600	7.200	VITAL SUTURES	PERU	6.249	44.992.800		12.800	-51%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
INFINITY INTERNACIONAL S.A.	46	7168	11001732	42312201-007	HILO PARA SUTURA SEDA:SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 0 C/AGUJA DE 3 CM 3/8 CIRCULO. VARIACIÓN: + - 2 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	3.600	7.200	TAISIEROMED	EGIPTO	6.388	45.993.600		12.800	-50%	No presenta muestra para el Dpto de Control de Calidad para su análisis. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
MEDICAL SUPLLY S.A.	46	7168	11001732	42312201-007	HILO PARA SUTURA SEDA:SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 0 C/AGUJA DE 3 CM 3/8	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	3.600	7.200	TRUSILK	INDIA	6.388	45.993.600		12.800	-50%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Elena Ortiz
Abogada
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

179

Dirección de Suministros de Salud
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

0001106

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
					CIRCULO. VARIACION: + - 2 MM.													del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
AO POTI S.A.	46	7168	11001732	42312201-007	HILO PARA SUTURA SEDA:SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 0 C/AGUJA DE 3 CM 3/8 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 2 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	3.600	7.200	TRUSILK	INDIA	6.388	45.993.600		12.800	-50%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
INPROMED S.A.	46	7168	11001732	42312201-007	HILO PARA SUTURA SEDA:SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 0 C/AGUJA DE 3 CM 3/8 CÍRCULO. VARIACIÓN: + - 2 MM.	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	3.600	7.200	TAISIER MED	EGIPTO	13.885	99.972.000		12.800	8%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto. de control de calidad en cuanto a la dimensión de la aguja, y en el diametro de la hebra. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad.
BIOERIX S.A.	47	10145	11001474	42221702-9999	INFUSOR PORTÁTIL PARA QUIMIOTERAPIA:INFUSOR PORTÁTIL	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	880	1.760	B BRAUN-EASYPUM II LT/ST	ALEMANIA / MALASIA	465.909	819.999.840		490.000	-5%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC y con las documentaciones solicitadas. **Se Sugiere Adjudicar.**
EUROQUIMICA S.A.	47	10145	11001474	42221702-9999	INFUSOR PORTÁTIL PARA QUIMIOTERAPIA:INFUSOR PORTÁTIL	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	880	1.760	RUNQIANG	CHINA	542.613	954.998.880		490.000	11%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC y con las documentaciones solicitadas. **Se Sugiere Adjudicar.**
BIOTENG S.A.	47	10145	11001474	42221702-9999	INFUSOR PORTÁTIL PARA QUIMIOTERAPIA:INFUSOR PORTÁTIL	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	880	1.760	RUNQIANG	CHINA	544.318	957.999.680		490.000	11%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC y con las documentaciones solicitadas. **Se Sugiere Adjudicar.**
P&H PHARMA	47	10145	11001474	42221702-9999	INFUSOR PORTÁTIL PARA QUIMIOTERAPIA:INFUSOR PORTÁTIL	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	880	1.760	DOSI FUSER	ESPAÑA	550.000	968.000.000		490.000	12%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christian Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Cirugía ... Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

D.L.S.S. I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
																		PBC y con las documentaciones solicitadas.
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	48	2735	11001497	42142604-001	JERINGA DESCARTABLE CONO CATÉTER: JERINGA DESECHABLE 50 A 60 CC, CONO CATÉTER SIN AGUJA	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	51.600	103.200	VITTA	CHINA	1.580	163.056.000	2.212	2.550	-38%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, en cuanto en el marcado en la jeringa. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
ENDOTERAPIA S.R.L.	48	2735	11001497	42142604-001	JERINGA DESCARTABLE CONO CATÉTER: JERINGA DESECHABLE 50 A 60 CC, CONO CATÉTER SIN AGUJA	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	51.600	103.200	ENDOMED	CHINA	2.100	216.720.000	2.940	2.550	-18%	**No Presenta Muestra** para el Comité Evaluador y para el Dpto de Control de Calidad para su analisis. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
PROSALUD FARMA S.A.	48	2735	11001497	42142604-001	JERINGA DESCARTABLE CONO CATÉTER: JERINGA DESECHABLE 50 A 60 CC, CONO CATÉTER SIN AGUJA	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	51.600	103.200	SR	NACIONAL	2.933	302.685.600	2.933	2.550	15%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y en cuanto a las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
EUROQUIMICA S.A.	48	2735	11001497	42142604-001	JERINGA DESCARTABLE CONO CATÉTER: JERINGA DESECHABLE 50 A 60 CC, CONO CATÉTER SIN AGUJA	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	51.600	103.200	SR	PARAGUAY	2.933	302.685.600	2.933	2.550	15%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y en cuanto a las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
BIOTENG S.A.	48	2735	11001497	42142604-001	JERINGA DESCARTABLE CONO CATÉTER: JERINGA DESECHABLE 50 A 60 CC, CONO CATÉTER SIN AGUJA	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	51.600	103.200	SR	NACIONAL	2.131	219.919.200	2.983	2.550	-16%	No presenta muestras para el comité evaluador y para el

Dr. Daniel Cantero
Cirugía General - Videolaparoscopía

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christiano Olmedo
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara ... Velázquez
Abogada
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Marta E. Colmán
Dirección de Suministros Social
DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

ROBERT FRANCO
DGMIS - D.L.S.S. - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.775

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
					CONO CATETER SIN AGUJA													Dpto de Control de Calidad para su analisis , no presenta documentaciones correspondientes a los puntos D,E,H. No presenta certificado emitido por el MIC. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
MEDICAL SUPLLY S.A.	48	2735	11001497	42142604-001	JERINGA DESCARTABLE CONO CATÉTER. JERINGA DESECHABLE 50 A 60 CC, CONO CATÉTER SIN AGUJA	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	51.600	103.200	WEGO	CHINA	3.100	319.920.000	4.340	2.550	22%	**No presenta muestra** para comité evaluador y para el Dpto de Control de Calidad para su analisis.Presenta Declaracion Jurada ,no corresponde ,la oferta solicitada en el item 49 difiere en el modelo es con aguja , punta a presión ,y lo solicitado en este item es sin aguja modelo cono cateter. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
BIOTENG S.A.	49	2731-2	11001499	42142609-001	JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/AGUJA 21G X 1 1/2	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.920.000	3.840.000	SR	NACIONAL	440	1.689.600.000	NO PRESENTO	1.108	-60%	No presenta muestras para el comité evaluador y para el Dpto de Control de Calidad para su analisis , no presenta documentaciones correspondientes a los puntos D,E,H. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	49	2731-2	11001499	42142609-001	JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/AGUJA 21G X 1 1/2	Unadad	UNIDAD	Por Cantidad	1.920.000	3.840.000	VITTA	CHINA	442	1.697.280.000		1.108	-60%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, en cuanto en el marcado en la jeringa o en el envase primario (Numero del registro habilitante ante la autoridad sanitaria competente del fabricante del importador). Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR**
ENDOTERAPIA S.R.L.	49	2731-2	11001499	42142609-001	JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/AGUJA 21G X 1 1/2	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.920.000	3.840.000	ENDOMED	CHINA	625	2.400.000.000		1.108	-44%	**No presenta Muestra** para el comité evaluador y

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. Nº 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS". ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
																		para el Dpto de Control de Calidad para su analisis. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
MEDICAL SUPILY S.A.	49	2731-2	11001499	42142609-001	JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/AGUJA 21G X 1 1/2	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.920.000	3.840.000	WEGO	CHINA	781	2.999.040.000		1.108	-30%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, en cuanto en el marcado en la jeringa ,rotulado y en el envase primario (Numero del registro habilitante ante la autoridad sanitaria competente del fabricante del importador) Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
AO POTI S.A.	49	2731-2	11001499	42142609-001	JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/AGUJA 21G X 1 1/2	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.920.000	3.840.000	WEGO	CHINA	781	2.999.040.000		1.108	-30%	**No presenta Muestra** para el comité evaluador y para el Dpto de Control de Calidad para su analisis. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
EUROQUIMICA S.A.	49	2731-2	11001499	42142609-001	JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/AGUJA 21G X 1 1/2	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.920.000	3.840.000	SR	PARAGUAY	781	2.999.040.000		1.108	-30%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se aneca informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
PROSALUD FARMA S.A.	49	2731-2	11001499	42142609-001	JERINGA DESECHABLE DE 10 CC C/AGUJA 21G X 1 1/2	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	1.920.000	3.840.000	SR	NACIONAL	781	2.999.040.000		1.108	-30%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
NO COTIZA	50	10149	11001426	42143106-001	KIT EQUIPO PARA EXAMEN GINECOLOGICO:EQUIPO DE ASPIRACIÓN MANUAL	Unidad	KIT - JUEGO	Por Cantidad	96	192	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		1.415.667	**NO COTIZA**	**Se sugiere declarar Desierto, conforme el Art. 30 inc A.**

Dr. Daniel Carrero
Medico Cirujano
Cirugia General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Sara Irene Dolar
Asesor Jurídico
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Mat. C.S.J. N° 25.175

183

D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 37/22 "ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS", ID N° 410.902.

Oferente	Ítem	Código SIH	Material	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	MIC	Precio Referencial	%	observaciones
					ENDO UTERINA CON SISTEMA INTELIGENTE DE ADAPTACIÓN (AMEU IPAS PLUS)													
EUROQUIMICA S.A.	51	3921	11001509	42131703-001	PACKS QUIRURGICO:PAQUETE P/CESÁREA ESTÉRIL, DESCARTABLE CON DOBLE ENVOLTORIO	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	9.600	19.200	EASTMARK	CHINA	399.125	7.663.200.000		592.469	-33%	**No presenta Muestras** para el comité evaluador y para el Dpto de Control de Calidad para su análisis. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	51	3921	11001509	42131703-001	PACKS QUIRURGICO:PAQUETE P/CESÁREA ESTÉRIL, DESCARTABLE CON DOBLE ENVOLTORIO	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	9.600	19.200	XINGRONG ZHONGTAI	CHINA	399.182	7.664.294.800		592.469	-33%	La muestra presentada **NO CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, en cuanto a las compresas de vientre es de tela TNT. Remitirse al Punto 8. Informe del Dpto de Control de Calidad. **SE SUGIERE DESCALIFICAR.**
CONSORCIO SOLUCIONES HOSPITALARES	51	3921	11001509	42131703-001	PACKS QUIRURGICO:PAQUETE P/CESÁREA ESTÉRIL, DESCARTABLE CON DOBLE ENVOLTORIO	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	9.600	19.200	APSA	NACIONAL	562.900	10.807.680.000		592.469	-5%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
DROGUEPAR S.A.	51	3921	11001509	42131703-001	PACKS QUIRURGICO:PAQUETE P/CESÁREA ESTÉRIL, DESCARTABLE CON DOBLE ENVOLTORIO	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	9.600	19.200	DROGUEPAR	CHINA	568.950	10.929.840.000		592.469	-4%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de Control de Calidad.**Se Sugiere Adjudicar.**
MATHER COMPANY S.R.L.	51	3921	11001509	42131703-001	PACKS QUIRURGICO:PAQUETE P/CESÁREA ESTÉRIL, DESCARTABLE CON DOBLE ENVOLTORIO	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	9.600	19.200	DROGUEPAR	CHINA	577.000	11.078.400.000		592.469	-3%	La muestra presentada **CUMPLE** con las EETT establecidas en el PBC según informe del Dpto de Control de Calidad, y con las documentaciones solicitadas.Se anexa informe del Dpto de

Dr. Daniel Cantero
Médico Cirujano
Cirugía General y Videolaparoscopia
Reg. Prof. 14.473

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Christians Olmedo
Reg. N° 7004
Servicio de Cirugía General H.C.

Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

DGMIS
D.L.S.S. I.P.S.

2023-03-21 08:23:32.2883