## INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 10 días del mes de julio del año 2017, se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de Oferta inherente a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 55/16 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S." – AD REFERENDUM 2017**, elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", y el Art. 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003 y demás articulos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

**CONFORMACION DE LA COMISION EVALUADORA:**

Que por Memorandum DOP/COP/N° 95/2017 de fecha 17 de abril de 2017, la Oficina de Coordinación de la DOP, informa que se designó a los miembros que integran la Comisión Evaluadora con los siguientes funcionarios:

- **Lic. Gloria Maria Cuevas Acuña**, representante de la Dirección Operativa de Contrataciones.
- **Abog. Cesar Gustavo Ayala Ruiz Diaz**, representante de la Dirección Jurídica.
- **Ing. Maria De Lujan Vittale**, representante de la Dirección de Recursos Tecnólogicos de Salud.
- **Ing. Edgar Daniel Vera López (Miembro fijo)** representante de la Dirección de Recursos Tecnológicos de la Salud.

**1. ANTECEDENTES:**

Que, por Memorándum DASDEM/ N°145/2016 de fecha 27 de octubre de 2016 correspondiente al MEM-0042-2016-000145, el Departamento de Electromedicina, solicitó el inicio de los trámites para la **"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S."**, recepcionada en la Dirección Operativa de Contrataciones, en fecha 01 de Noviembre de 2016.

Que, por Memorándum DOC/DTC/N° 0446/2017 de fecha 31 de Marzo de 2017, el Departamento Técnico de Contrataciones, informó que se procedió a la modificación en el PAC 2017, el llamado con **ID N° 310.644**, para la **"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S. AD REFERENDUM 2017"**, bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional Subasta a la Baja Electrónica;

Que, por Resolución N° 099-011/16 de fecha 24 de Noviembre de 2016, el Consejo de Administración resolvió: "1°) Autorizar el llamado a Licitación Pública Nacional SBE N° 55/16 **"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S. – AD REFERENDUM 2017"** 2°) Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación Pública Nacional SBE N° 55/16 **"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S. – AD REFERENDUM 2017".** Art. 3°) Disponer que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03, y su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).;

Que, por Nota G.A.L.D.O.C N° 1370/2016 de fecha 24 de Noviembre de 2016, la Dirección Operativa de Contrataciones pone a conocimiento a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el presente llamado y se adjuntan los documentos requeridos por el Formulario de Comunicación del Llamado del Portal de Contrataciones.

Que, fueron realizadas las publicaciones en periódicos en fechas 30 de Noviembre, 01 y 02 de Diciembre del 2016.

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y
IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Maria De Lujan Vittale
Coordinadora Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

Abog. Cesar Gustavo Ayala Ruiz Diaz
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

## 2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Que, por Memorando DCP/DPR/PR2/N° 000143/17 de fecha 19 de enero de 2017, el Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera informa que el pedido afecta al siguiente **Rubro 530 "ADQUISICIONES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS"**, correspondientes al Programa 2 de Servicios Sociales de Calidad del Presupuesto General del I.P.S., que presenta Disponibilidad Presupuestaria de Gs. **4.018.720.000** (Guaraníes Cuatro mil diesiocho millones setecientos veinte mil), para el ejercicio 2017, conforme al IDRESER 27/16. además se menciona que el llamado es Plurianual por un monto total de Gs. **6.940.000.000** (Guaraníes seis mil novecientos cuarenta millones) y afectará a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, cuyos pagos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria correspondiente

## 3. ACTA DE SESION PÚBLICA VIRTUAL:

**Listado de Proveedores Participantes.**

| Nro. Garantía | Tipo | ENTIDAD EMISORA | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| **Oferente: DGR INTERNACIONAL S.R.L. - RUC: 80028232-9** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 1** |
| 007.1508.038692/000 | Póliza | La Consolidada S.A. | [illegible] | 11-04-2017 | 18-10-2017 |
| **Oferente: B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - RUC: 80012330-1** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 2** |
| 4.1508.0002035.0000 | Póliza | SEGUROS GENERALES S.A. SEGESA | [illegible] | 10-04-2017 | 11-11-2017 |
| **Oferente: CODEX S.R.L. - RUC: 80000173-7** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 3** |
| 45.1508.0008263.0000 | Póliza | Aseguradora del Este | [illegible] | 10-04-2017 | 17-10-2017 |
| **Oferente: ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 4** |
| 18.1508.0012655.0000 | Póliza | Azepata | [illegible] | 10-04-2017 | 10-11-2017 |
| **Oferente: CHARPENTIER SRL - RUC: 80013232-7** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 5** |
| 007.1508.038718 | Póliza | La Consolidada | [illegible] | 11-04-2017 | 17-11-2017 |
| **Oferente: CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 6** |
| 49.1508.0000801.0000 | Póliza | Regional S.A de Seguros | [illegible] | 10-04-2017 | 27-11-2017 |
| **Oferente: GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80091967-0** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 7** |
| 31.1508.0008519.0000 | Póliza | GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. | [illegible] | [illegible] | [illegible]-10-2017 |

Ing. Daniel Ve[illegible]
Jefe de Seccion
Electromedicina A.I. y
IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Luis Vittale
Coordinador Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

César Gustavo Ayala Ruiz Díaz
Abogado Matrícula
Coordinador Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

## Mejores Lances de cada Proveedor por Item

### 1 - Drill/CraneotomoNeuroquirurgico

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 556.870.000 |
| ALBATROS SACI - 80002766-3 | 576.900.000 |
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 577.800.000 |
| GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA - 80091967-0 | 955.000.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 1.188.000.000 |

### 3 - Equipo de monitoreo neurofisiológico para electromiografía y potencial evocado

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 800.000.000 |

### 4 - Microscopio neuroquirurgico con navegador

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9 | 2.382.900.000 |
| CHARPENTIER SRL - 80013232-7 | 2.828.561.000 |

### 6 - Frontoluz quirurgico de luz fria

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| ALBATROS SACI - 80002766-3 | 21.500.000 |
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 22.000.000 |

### 8 - Equipo electrobisturí para monobipolar y sellado de vasos

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 50.000.000 |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 250.000.000 |

### 9 - Equipo neuroendoscopio con fuente de luz y cámara

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| ALBATROS SACI - 80002766-3 | 650.000.000 |
| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - 80012330-1 | 669.000.000 |

## Items Ganados por Proveedor.

### Proveedor: 80000173-7 - CODEX S.R.L.

| Item | Precio Ganador |
|---|---|
| 3 - Equipo de monitoreo neurofisiológico para electromiografía y potencial evocado | 800.000.000 |

### Proveedor: 80002766-3 - ALBATROS SACI

| Item | Precio Ganador |
|---|---|
| 6 - Frontoluz quirurgico de luz fria | 21.500.000 |
| 9 - Equipo neuroendoscopio con fuente de luz y cámara | 650.000.000 |

### Proveedor: 80012330-1 - B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.

| Item | Precio Ganador |
|---|---|
| 1 - Drill/CraneotomoNeuroquirurgico | 556.870.000 |
| 8 - Equipo electrobisturí para monobipolar y sellado de vasos | 50.000.000 |

### Proveedor: 80028232-9 - DGR INTERNACIONAL S.R.L.

| Item | Precio Ganador |
|---|---|
| 4 - Microscopio neuroquirurgico con navegador | 2.382.900.000 |

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Sra. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

**4. ACTO DE APERTURA DE SOBRES:**

De conformidad al Acta N° 013/17 de fecha 17 de Abril de 2017, siendo las 11:00 horas se ha procedió a la apertura de sobres de ofertas de la empresa presente de acuerdo al siguiente detalle:

**1. ALBATROS S.A.C.I. RUC: 80002766-3.** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs.1.248.400.000.- (Guaraníes Un mil doscientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos mil) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs.51.000.000.- (Guaraníes Cincuenta y un millones)** Empresa Aseguradora: ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. ASEPASA. N° de Póliza: 18.1508.0012655.0000.- Total de hojas foliadas 127 (ciento veinte y siete).

**2. CODEX S.R.L. RUC: 80000173-7:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 2.238.000.000.- (Guaraníes Dos mil doscientos treinta y ocho millones) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs.72.000.000.- (Guaraníes Setenta y dos millones)** Empresa Aseguradora: ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS. N° de Póliza: 45.1508.0008263.0000.- Total de hojas foliadas 126 (ciento veinte y seis).

**3. DGR INTERNACIONAL S.R.L. RUC: 80028232-9:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs.2.382.900.000.- (Guaraníes Dos mil trescientos ochenta y dos millones novecientos mil) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs.75.000.000.- (Guaraníes Setenta y cinco millones)** Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A. N° de Póliza: 007.1508.038692/000.- Total de hojas foliadas 71 (Setenta y uno).

**4. CATETERES Y AFINES S.A. RUC: 80030030-0:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs.599.800.000.- (Guaraníes Quinientos noventa y nueve millones ochocientos mil) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs.45.000.000.- (Guaraníes Cuarenta y cinco millones)** Empresa Aseguradora: REGIONAL S.A DE SEGUROS. N° de Póliza: 49.1508.0000801.0000.- Total de hojas foliadas 129 (ciento veinte y nueve).

**5. B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. RUC: 80012330-1.** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs.1.275.869.999- (Guaraníes Un mil doscientos setenta y cinco millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y nueve) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs.118.500.000.- (Guaraníes ciento diez y ocho millones quinientos mil)** Empresa Aseguradora: SEGUROS GENERALES S.A SEGESA. N° de Póliza. 4.1508.0002035.0000.- Total de hojas foliadas 78 (setenta y ocho).

**6. CHARPENTIER S.R.L RUC: 80013232-7.** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs.2.828.561.000.- (Guaraníes Dos mil ochocientos veinte y ocho millones quinientos sesenta y un mil) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs.90.000.000.- (Guaraníes noventa millones)** Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A. N° de Póliza: 007.1508.038718/000.- Total de hojas foliadas 52 (cincuenta y dos).

**7. GRUPO IPB S.A. RUC: 80091967-0:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs.955.000.000.- (Guaraníes Novecientos cincuenta y cinco millones) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 39.000.000.- (Guaraníes Treinta y nueve millones)** Empresa Aseguradora: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. N° de Póliza: 31.1508.0008519.0000.- Total de hojas foliadas 99 (noventa y nueve).

**Observaciones al Acta de Apertura GRUPO IBP S.A.**

- La empresa Cateres y Afines presenta las siguientes obervaciones:

  No se observa certificado CE ni FDA solicitados en el en el Pliego y se menciona en el punto 1.5 del folio 17.

  No se observa certificado ISO 13485 solicitados en el Pliego.

  Se oberva que el certificado de entrenamiento no coincide con el modelo ofertado, folio 35, tampoco esta consularizado.

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Coordinación de Recursos Tecnológicos de Salud

No se observa la tensión de 220 V. y los siguientes requisitos del punto 2.3 de la EETT.

No se observa límite inferior de 500 RPM. Punto 2.2 (EETT).

No se presente opción para cirugía de columna. maxilofacial y neurocuirugia, punto 2.3 de EETT.

No se observa el pedal de control, punto 2.4 EETT.

Empresa B.BRAUN:

No se especifica el modelo del ítem 1 en su carta de oferta.

No se presenta certificaciones de calidad solicitados en el punto 1.5 y 1.6 de la EETT.

No se presenta certificado de capacitación técnica solicitada en el PBC.

No se observa cumplimiento de EETT.

No se oberva cumplimiento del punto 2.3 de la EETT.

**Respuesta: <u>Empresa CATETERES Y AFINES:</u>**

- *No se observa certificado CE ni FDA solicitados en el en el Pliego y se menciona en el punto 1.5 del folio 17.*
  **Aclaración**: La comisión solicitó los certificados y la empresa entrego en la nota de respuestas a consultas.
- *No se observa certificado ISO 13485 solicitados en el Pliego.*
  **Aclaración**: La comisión solicitó los certificados y la empresa entrego en la nota de respuestas a consultas.
- *Se observa que el certificado de entrenamiento no coincide con el modelo ofertado, folio 35, tampoco esta consularizado.*
  **Aclaración**: En el folio 35 presentan certificado de capacitación de servicio técnico de la marca del bien ofertado. En el PBC no fue solicitado certificado consularizado, tampoco fue requerido que el certificado sea emitido por modelo ofertado.
- *No se observa la tensión de 220 V. y los siguientes requisitos del punto 2.3 de la EETT.*
  **Aclaración**: Se verificó el cumplimiento en la Pág. 2 - Manual de instrucciones de los sistemas - Hoja de respuestas a consultas realizadas a la empresa.
- *No se observa límite inferior de 500 RPM. Punto 2.2 (EETT).*
  **Aclaración**: Se verificó el cumplimiento en la Pág. 41 - Manual de usuario consolas - Hoja de respuestas a consultas realizadas a la empresa.
- *No se presente opción para cirugía de columna. maxilofacial y neurocirugía. punto 2.3 de EETT.*
  **Aclaración**: Se verificó el cumplimiento en la Pág. 2 - Manual de instrucciones de los sistemas - Hoja de respuestas a consultas realizadas a la empresa.
- *No se observa el pedal de control. punto 2.4 EETT.*
  **Aclaración**: Se verificó el cumplimiento en la Pág. 1 - Manual de usuario piezas de mano - Hoja de respuestas a consultas realizadas a la empresa.

**<u>Empresa ALBATROS:</u>**

- *No presenta certificado CE. no es igual a ISO 13485. Punto (1.5 y 1.6 EETT)*
  **Aclaración:** Folio 59 y Hoja de respuestas a consultas y Folio 58.
- *No presenta o no se observa límite inferior de 500 rpm. punto 2.2 EETT.*

Ing. Jonel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

**Aclaración:** Pudo ser corroborado la revolución por minuto inferior del rango, pero no así el nivel de ruido solicitado. Fue solicitado a la empresa y la misma no remitió el catalogo o nota de fábrica donde se pueda corroborar lo solicitado en el mismo ítem.

- *No presenta opción para cirugía de columna, maxilofacial y neurocirugía, punto 2.3 de EETT.*
  **Aclaración:** El cumplimiento fue corroborado en el Folio 36 de la oferta.
- *No se observa el pedal de control, punto 2.4 EETT.*
  **Aclaración:** El cumplimiento fue corroborado Folio 36 - dorso y Folio 37 de la oferta.

**Empresa B.BRAUN:**

- *No se especifica el modelo del ítem 1 en su carta de oferta.*
  **Aclaración**: El modelo es especificado en los catálogos enviados en respuestas a consultas aclaratorias.
- *No se presenta certificaciones de calidad solicitados en el punto 1.5 y 1.6 de la EETT.*
  **Aclaración**: El cumplimiento de estas certificaciones fueron verificadas en los certificados consultados en línea en los links:

  http://www.bbraunusa.com./7884.html.
- *No se presenta certificado de capacitación técnica solicitada en el PBC.*
  **Aclaración**: La Comisión Evaluadora solicito a la empresa los certificados de capacitación requeridos, la misma no presento lo solicitado y respondió que el Ingeniero responsable actualmente se encuentra realizando el curso referente al bien ofertado.
- *No se observa cumplimiento de EETT.*
  **Aclaración**: La verificación de cumplimiento de EETT fue realizada con los catálogos enviados en respuestas a consultas aclaratorias.
- *No se observa cumplimiento del punto 2.3 de la EETT.*
  **Aclaración**: El cumplimiento fue corroborado en la Pág. 73 del Catálogo AESCULAP - ELAN 4 en respuestas a consultas realizadas.

**Observaciones al Acta de Apertura ALBATROS S.A.C.I.**

- La empresa B.Braun Medical Paraguay S.A., no presenta planilla de Especificaciones Tecnicas debidamente completadas y firmadas ni catalogos y/o folletos de productos cotizados, en las que se pudiera verificar el cumplimiento de las EETT.

**Respuesta: Empresa B.BRAUN:**

- *La empresa B.Braun Medical Paraguay S.A., no presenta planilla de Especificaciones Técnicas debidamente completadas y firmadas ni catálogos y/o folletos de productos cotizados, en las que se pudiera verificar el cumplimiento de las EETT.*
  **Aclaración**: La comisión solicitó los catálogos y planilla de especificaciones técnicas en las consultas aclaratorias para realizar la evaluación de las ofertas.

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas
Dirección Operativa de Contrataciones

**Observaciones al Acta de Apertura CATERES Y AFINES S.A.**

- Notar que la oferta presentada por la firma Albatros, en el ítem 1 marca Karl storz modelo Undrive/SNI neuro en su catalogo extraido de la pagina del fabricante

Ing. Jorlel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

especifica que solo la piezas de manos recta, que solo llegan a 60 mil RPM. Solicitamos a la convocante corroborar ese punto 2.2 de la EETT que las RPM sean de 70.000 o más.

- Referente al ítem 6 la firma Albatros, solicitamos a la convocante corroborar el punto 2.3, en el catalogo presentado no especifica cable de alimentación que permita utilizar el equipo directamente con alimentación eléctrica 220VDC.
- Nota que la firma B.Braun no presento EETT y catalogos, tampoco certificados del fabricante.

- **Respuesta:** *Notar que la oferta presentada por la firma Albatros, en el ítem 1 marca Karl storz modelo Undrive SIII neuro en su catalogo extraido de la pagina del fabricante especifica que solo la piezas de manos recta, que solo llegan a 60 mil RPM. Solicitamos a la convocante corroborar ese punto 2.2 de la EETT que las RPM sean de 70.000 o más.*
  **Aclaración**: Pudo ser corroborado la revolución por minuto superior del rango, pero no así el nivel de ruido solicitado. Fue solicitado a la empresa y la misma no remitió el catalogo o nota de fábrica donde se pueda corroborar lo solicitado en el mismo ítem.
- *Referente al ítem 6 la firma Albatros, solicitamos a la convocante corroborar el punto 2.3, en el catalogo presentado no especifica cable de alimentación que permita utilizar el equipo directamente con alimentación eléctrica 220VDC.*
  **Aclaración:** El cumplimiento fue corroborado en el Folio 36 - dorso de la oferta.
- *Nota que la firma B.Braun no presento EETT y catálogos, tampoco certificados del fabricante.*
  **Aclaración:** La comisión solicitó los catálogos y planilla de especificaciones técnicas en las consultas aclaratorias para realizar la evaluacion de las ofertas.

**<u>Observaciones al Acta de Apertura B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.</u>**

- Dejamos constancia que los puntos 2.1.6. cumple solamente la empresa Albatros S.A.C.I. dejando de esa manera fuera a lo demás oferentes y limitando la posibilidad de competir. El punto mencionado en las caracteriscas técnicas no altera el resultado final de la cirugía/operación: por lo que no es un requisito obligatorio para validad el resultado final de la cirugía.
- Los puntos 2.8.1; 2.8.2; 2.8.10: 2.8.11; 2.8.13; 2.8.14; 2.8.15; 2.8.16: 2.8.17; 2.8.19, son medidas/rangos establecidos para que solamente pueda competir la empresa antes mencionada.

- **Respuesta:** *Dejamos constancia que los puntos 2.1.6, cumple solamente la empresa Albatros S.A.C.I. dejando de esa manera fuera a lo demás oferentes y limitando la posibilidad de competir. El punto mencionado en las características técnicas no altera el resultado final de la cirugía/operación: por lo que no es un requisito obligatorio para validad el resultado final de la cirugía.*
- *Los puntos 2.8.1; 2.8.2; 2.8.10; 2.8.11; 2.8.13; 2.8.14; 2.8.15; 2.8.16; 2.8.17; 2.8.19, son medidas/rangos establecidos para que solamente pueda competir la empresa antes mencionada.*

**Aclaración:** La evaluación de las especificaciones técnicas fue realizada según lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y las modificaciones realizadas en las Adendas correspondientes, en comparación con las ofertas presentadas por las empresas oferentes en la apertura de sobres y los documentos solicitados durante la evaluación. Por lo tanto, los puntos objetados fueron evaluados con independencia de criterio (según lo expresado en el artículo 27 de la ley 2051), teniendo en cuenta las documentaciones expuestas más arriba.

Instituto de Previsión Social
Lic. Olivia Ma. Cuevas R.
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Coordinación Dirección de Recursos Asistenciales de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

## 5. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL:

La verificación de las documentaciones sustanciales se resume en el siguiente cuadro:

| TABLA DE CONTROL / DOCUMENTOS SUSTANCIALES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS OFERENTES | | Grupo IBP S.A. | Charpenter S.R.L. | DGR INTERNACIONAL | Cateteres y Afines | B. Braun | Codex S.A. | [redacted] |
| Nº de Orden | DOCUMENTO | Cumple/No Cumple | | | | | | |
| 1 | Formulario de Presentación de la Oferta | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | Formulario de Lista de Precios | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | Garantía de Mantenimiento de Oferta | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

## 6. INFORME JURIDICO:

**Oferente: GRUPO IBP S.A.:**

**Monto de la Oferta: G. 955.000.000** (Guaraníes novecientos cincuenta y cinco millones).-

❖ **DOCUMENTOS SUSTANCIALES:**

**A)** Planilla de precios y Formulario de Ofertas: El formulario de Ofertas y la Planilla de Precios fueron debidamente completados y llenados. Esta observación es sin perjuicio de las discordancias que pudieran surgir del cotejo de lo ofertado con los demás documentos de la oferta, las correcciones aritméticas y demás revisiones que pudieran realizar los demás integrantes de este Comité de Evaluación.-

**B)** Documentos que acrediten la existencia y representación: La oferta fue firmada por el señor Enrique Velazquez Acosta, con C.I. Nº 4.329.180. Sin embargo la Clausula 19° de los Estatutos Sociales, instrumentada por medio de la Esc. Pública Nº 30 de fecha 30 de octubre de 2015, establece: La representación de la sociedad, así como el uso de la firma social corresponderá al Presidente y al Vicepresidente, en forma conjunta, pudiendo con la firma de los dos obligar válidamente a la sociedad. Este documento fue extraído del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), basado en la Constancia Nº 1442903, presentada en la Apertura de Sobres. De acuerdo con el Sistema no obran en el SIPE modificaciones de los estatutos ni poderes que acrediten la represntación invocada por el señor Enrique Velazquez Acosta.-

**C)** Garantia de mantenimiento de Oferta:

- ✓ Monto Asegurado: G. 39.000.000
- ✓ Poliza de Seguro Nº 3.1508.0008519.0000.
- ✓ Fecha de vigencia desde: 29-03-17 al 25-10-20177. por 211 días
- ✓ Compañía: General S.A. de Seguros

El art. 10.7. de los Datos de la licitación (DDL), establece que la garantía de mantenimiento o seridad de la oferta requerida es del 3% del monto de la oferta y su vigencia será de 180 días, por ende, este firma cumple con los requerimeintos de la bases en este sentido.-

**D)** Decretación Jurada: Con relación a la Declaración Jurada prevista en el art. 40 puede observarse en el SIPE.-

**E)** Los titulares, directores, representantes, accionistas u otros son:

- ✓ Carlos Anibal Torres Perez, C.I. Nº 2.316.032
- ✓ Enrique Federico Velazquez Acosta, C.I. Nº 4.329.180

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Vda. Cuevas
Dirección Operativa de Contrataciones

Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.-

❖ **DOCUMENTOS NO SUSTANCIALES:**

De acuerdo con la verificación preliminar efectuada en la apertura de sobres y el cotejo que efectuara, las firmas en cuestión han omitido los documentos señalados puntualmente en cada caso, recalcando que cualquier desvío u omisión en los mismos debe ser subsanado en los términos del art. 59 del Decreto 21.909/03, es decir, extendiendo una solicitud de informe o aclaración por escrito a la firma oferente, en un plazo razonable.-

**OBSEVACIÓN:** Se observa que fueron presentados los catálogos en Ingles y los Certificados Internaciones solicitados por el pliego. La Carta de Distribución fechada el 6 de octubre de 2016 no se halla inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos.-

❖ **RESULTADO:**

Por ende, en base a la verificación realizada se puede concluir que la firma oferente, Grupo IBP S.A., no cumple con todos los requisitos legales de carácter sustancial, en base a lo dispuesto en la Ley N° 2051 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y modificado a la vez por el Decreto N° 5.174/05, por lo que se sugiere que sea descalificada, por no cumplir con el requisito sustancial de acreditar la representación legal del firmante de la oferta, conforme al num. 14.2 num III de las Instrucciones a los Oferentes (IAO)1, conc con el art. 61 del decreto 21909/032 y los arts. 100 y 885 del Código Civil.

**Oferente: CHARPENTIER S.R.L:**

**Monto de la Oferta: G. 2.828.561.000** (Guaraníes dos mil ochocientos viente y ocho millones quinientos sesenta y un mil).-

❖ **DOCUMENTOS SUSTANCIALES:**

**A)** Planilla de precios y Formulario de Ofertas: El formulario de Ofertas y la Planilla de Precios fueron debidamente completados y llenados. Esta observación es sin perjuicio de las discordancias que pudieran surgir del cotejo de lo ofertado con los demás documentos de la oferta, las correcciones aritméticas y demás revisiones que pudieran realizar los demás integrantes de este Comité de Evaluación.-

**B)** Documentos que acrediten la existencia y representación: La oferta fue firmada por el señor Luis Martín Abente Brun, con C.I. N° 280.557, que ejerce la representación de la Sociedad de acuerdo con los Estatutos Sociales, Esc. Pub. N° 8 del 22 de febrero de 2002. Modificada por Esc. Pub. 127 de fecha 23 de noviembre de 2013. El texto refereido señala: La representación legal y el uso de la firma social estará a cargo indistintamente delm socio Martín Abente Brun o ...". Estos documentos también acreditan la representación de la sociedad y fueron extraidos del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), basado en la Constancia N° 1444738, del 14.03.2017, presentada en la Apertura de Sobres.-

**C)** Garantia de mantenimiento de Oferta:

- Monto Asegurado: G. 90.000.000
- Poliza de Seguro N° 007.1508.0387.18/000.
- Fecha de vigencia desde: 11-04-17 al 17-11-2017, por 220 días
- Compañía: Consolidada S.A. de Seguros

El art. 10.7. de los Datos de la licitación (DDL), establece que la garantía de mantenimiento o seridad de la oferta requerida es del 3% del monto de la oferta y su vigencia será de 180 días, por ende, este firma cumple con los requerimeintos de la bases en este sentido.-

**D)** Decretación Jurada: Con relación a la Declaración Jurada prevista en el art. 40 puede observarse en el SIPE.-

**E)** Los titulares, directores, representantes, accionistas u otros son:

- ✓ Luis Martín Abente Brun, con C.I. N° 280.557
- ✓ María Paloma Abente Pecci, C.I. N° 905.303
- ✓ Luis Francisco Abente Pecci, C.I. N° 1.526.647

Ing. Ariel Vera
Jefe de Seccion
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impide ofertar o suscribir contratos en los términos del art. 40 de la Ley 2051/03 "De Conrtataciones Públicas".-

❖ **DOCUMENTOS NO SUSTANCIALES:**

De acuerdo con la verificación preliminar efectuada en la apertura de sobres y el cotejo que efectuara, las firmas en cuestión han omitido los documentos señalados puntualmente en cada caso, recalcando que cualquier desvío u omisión en los mismos debe ser subsanado en los términos del art. 59 del Decreto 21.909/03, es decir, extendiendo una solicitud de informe o aclaración por escrito a la firma oferente, en un plazo razonable.

❖ **RESULTADO:**

En base a la verificación realizada se puede concluir que el oferente CHARPENTIER S.R.L., cumple con todos los requisitos legales de carácter sustancial, en base a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y modificado por el Decreto N° 5.174/05, por lo que se sugiere pasar al siguiente estadio de verifación que es la elaboración del cuadro comparativo de precios y la revisión de los demás requisitos de las bases de la presente licitación..-

**DGR INTERNACIONAL:**

**Monto de la Oferta: G. 2.382.900.000** (Guaraníes dos mil trescientos ochenta y dos millones novecientos mil).-

❖ **DOCUMENTOS SUSTANCIALES:**

**A)** Planilla de precios y Formulario de Ofertas: El formulario de Ofertas y la Planilla de Precios fueron debidamente completados y llenados. Esta observación es sin perjuicio de las discordancias que pudieran surgir del cotejo de lo ofertado con los demás documentos de la oferta, las correcciones aritméticas y demás revisiones que pudieran realizar los demás integrantes de este Comité de Evaluación.-

**B)** Documentos que acrediten la existencia y representación: la sociedad fue constituida por medio de la Esc. Pública n° 42 de fecha 2 de mayo de 2017 y tiene una vigencia de 50 años. La oferta fue firmada por el el señor Victor Daniel Gugliotta Ruggeri Viñals, C.I. N° 701.758, que ejerce la representación de la Sociedad de acuerdo con los Estatutos Sociales, Esc. Pub. N° 19 del 26 de abril de 2002. Modificada por Esc. Pub. 127 de fecha 23 de noviembre de 2013. El texto refereido señala: La representación legal y el uso de la firma social estará a cargo indistintamente delm socio Martín Abente Brun o ...". Estos documentos también acreditan la representación de la sociedad y fueron extraidos del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), basado en la Constancia N° 1444310, prsentada en la Apertura de Sobres.-

**C)** Garantia de mantenimiento de Oferta:

- ✓ Monto Asegurado: G. 75.000.000 (Guaraníes setenta y cinco millones)
- ✓ Poliza de Seguro N° 007.1508.038692/000.
- ✓ Fecha de vigencia desde: 11-04-17 al 18-10-2017, por 190 días
- ✓ Compañía: Consolidada S.A. de Seguros

El art. 10.7. de los Datos de la licitación (DDL), establece que la garantía de mantenimiento o seridad de la oferta requerida es del 3% del monto de la oferta y su vigencia será de 180 dias, por ende, este firma cumple con los requerimeintos de la bases en este sentido.-

**D)** Decretación Jurada: Con relación a la Declaración Jurada prevista en el art. 40 puede observarse en el SIPE.-

**E)** Los titulares, directores, representantes, accionistas u otros son:

- ✓ Daniel Gugliotta Ruggeri Viñals, C.I. N° 701.758
- ✓ Silvia Rosanna Cano Ricciardi, C.I. N° 813.409
- ✓ Mónica Lisa Gugliotta Ruggeri Viñals, C.I. N° 701.756

Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impide ofertar o suscribir contratos en los términos del art. 40 de la Ley 2051/03 "De Conrtataciones Públicas".-

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Jorge Vera
Jefe de Sección
Electromecánica A.I. y C
IPS

❖ **DOCUMENTOS NO SUSTANCIALES:**

De acuerdo con la verificación preliminar efectuada en la apertura de sobres y el cotejo que efectuara, las firmas en cuestión han omitido los documentos señalados puntualmente en cada caso, recalcando que cualquier desvío u omisión en los mismos debe ser subsanado en los términos del art. 59 del Decreto 21.909/03, es decir, extendiendo una solicitud de informe o aclaración por escrito a la firma oferente, en un plazo razonable.-

❖ **RESULTADO:**

En base a la verificación realizada se puede concluir que el oferente DGR INTERNACIONAL S.R.L., cumple con todos los requisitos legales de carácter sustancial, en base a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y modificado por el Decreto N° 5.174/05, por lo que se sugiere pasar al siguiente estadio de verifación que es la elaboración del cuadro comparativo de precios y la revisión de los demás requisitos de las bases de la presente licitación..-

**CATETERES Y AFINES S.A.:**

**Monto de la Oferta: G. 599.800.000** (Guaraníes dos mil ochocientos veintiocho millones quinientos sesenta y un mil).-

❖ **DOCUMENTOS SUSTANCIALES:**

**A)** Planilla de precios y Formulario de Ofertas: El formulario de Ofertas y la Planilla de Precios fueron debidamente completados y llenados. Esta observación es sin perjuicio de las discordancias que pudieran surgir del cotejo de lo ofertado con los demás documentos de la oferta, las correcciones aritméticas y demás revisiones que pudieran realizar los demás integrantes de este Comité de Evaluación.-

**B)** Documentos que acrediten la existencia y representación: la sociedad fue constituida por medio de la Esc. Pública n° 3 del 5 de marzo de 2.005. La oferta fue firmada por Elena Rosalina Romero Morales, con C.I. N° 3.193.292, conforme a la Esc. Pública N° 92 de fecha 19 de agosto de 2015, pasada ante la Esc. Carolina Peña de Articanaba.-

**C)** Garantia de mantenimiento de Oferta:

- ✓ Monto Asegurado: G. 45.000.000
- ✓ Poliza de Seguro N° 59.1508.0000801.0000.
- ✓ Fecha de vigencia desde: 10-04-17 al 27-11-2017, por 232 días
- ✓ Compañía: Regional S.A. de Seguros

El art. 10.7. de los Datos de la licitación (DDL), establece que la garantía de mantenimiento o seridad de la oferta requerida es del 3% del monto de la oferta y su vigencia será de 180 días, por ende, este firma cumple con los requerimeintos de la bases en este sentido.-

**D)** Decretación Jurada: Con relación a la Declaración Jurada prevista en el art. 40 puede observarse en el SIPE.-

**E)** Los titulares, directores, representantes, accionistas u otros son:

- ✓ Virgilio Esteban Ayala Laino, C.I. N° 858.271
- ✓ Patricia Noemi Fontenla Meletti, C.I. N° 1.909.704
- ✓ Adan Benitez Lezcano, C.I. N° 68.711
- ✓ Iris Dos Santos de Benitez, C.I. 158.89
- ✓ Valerie Healy de Calvo, C.I. 521.460
- ✓ Luis Francisco Abente Pecci, C.I. N° 1.526.647
- ✓ Brunella Ayala Fontenla. C.I. N° 4.537.013
- ✓ Miguel Esteban Calvo Villalba, C.I. N° 917.418
- ✓ Lourdes Guadalupe Rivarola Paredes, C.N. N° 744.782
- ✓ Carlos José Benitez Rolon, C.I. N° 2.921.233
- ✓ Fernando Nicolas Benitez Rolon, C.I. N° 3.634.303
- ✓ Ramon de Jesús Bogarin Careaga, C.I. N° 752.180

Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impide ofertar o suscribir contratos en los términos del art. 40 de la Ley 2051/03 "De Conrtataciones Públicas".-

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

❖ **DOCUMENTOS NO SUSTANCIALES:**

De acuerdo con la verificación preliminar efectuada en la apertura de sobres y el cotejo que efectuara, las firmas en cuestión han omitido los documentos señalados puntualmente en cada caso, recalcando que cualquier desvío u omisión en los mismos debe ser subsanado en los términos del art. 59 del Decreto 21.909/03, es decir. extendiendo una solicitud de informe o aclaración por escrito a la firma oferente, en un plazo razonable.-

**Observación:** Carta de Autorización de Ventas de la firma Conned Corporation, fechada el 2 de diciembre de 2016, con un año de vigencia.-

❖ **RESULTADO:**

En base a la verificación realizada se puede concluir que el oferente CATETERES Y AFINES S.A., cumple con todos los requisitos legales de carácter sustancial, en base a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y modificado por el Decreto N° 5.174/05, por lo que se sugiere pasar al siguiente estadio de verifación que es la elaboración del cuadro comparativo de precios y la revisión de los demás requisitos de las bases de la presente licitación..-

**BBRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.**

❖ **DOCUMENTOS SUSTANCIALES**:

**a)** Monto de la oferta: Según planilla de precios cotiza por un monto total de Gs. 1.275.869.991 (Guaraníes mil doscientos setenta y cinco millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y uno, IVA incluido).-

**b)** Formulario de Oferta y Lista de Precios: Los principales formularios que son el de "Oferta" y "Lista de Precios" fueron debidamente llenados y completados. Esta descripción es sin perjuicio de las discordancias que pudieran susgir del cotejo de lo ofertado con los demás documentos de la oferta, las correcciones y demás revisiones que pudieran realizar los demás integrantes de este Comité de Evaluación.-

**c)** Garantía de mantenimiento de Oferta: SEGUROS GENERALES S.A SEGESA N° de Póliza: 4.1508.0002035.0000, vigente desde el 10.04.2017 al 11-11-2017.-

**d)** Monto y plazo: Gs. 118.500.000- (Guaraníes ciento dieciocho millones quinientos mil), que SUPERA el 3% del monto de la oferta presentada y fue extendida por el término de 216 días conrridos, con lo que se cumplen –con creces– los requisitos de porcentaje y tiempo solicitados por el pliego de bases de condiciones (IAO 20.2 y DDL).-

**e)** Representación: Constitución y Representación: La sociedad fue constituida por medio de la Escritura Pública N° 93, de fecha 30 de noviembre de 2012, pasada ante el Esc. Idalina Gamarra. De acuerdo con los estatutos sociales la representación de la firma es ejercida por NUNO MIGUEL GONCALVES PEREIRA. La firma es representada por la señora Sonia María Victoria Vergara Bernal, de acuerdo con el Poder Especial otorgado por Esc. Pública N° 55 otorgada por ante la Esc. Idalina Gamarra Ayala, el 1 de agosto de 2016.-

**f)** Decretación Jurada: Con relación a la Declaración Jurada prevista en el art. 40 puede observarse la declaración jurada tanto de manera física como en el SIPE.-

**F)** Los titulares, directores, representantes, accionistas u otros son:

- ✓ Sonia Victoria Vergara Bernal, C.I. N° 1.052.173
- ✓ Nuno Miguel Goncalves Pereira, C.I. N° 7.747.690
- ✓ Javier Floris Cabral, Pasaporte BF469811
- ✓ Otto Philip Braun. C.I. N°
- ✓ Mario Ruben Arce Ramirez, C.I. N°
- ✓ Jesus Donado- Marrón Martinez
- ✓ Andres Arce Odone
- ✓ Antonio Jodar Masanés
- ✓ Martin Helmut Wenderoth
- ✓ Gaciela Narvaja de Jones
- ✓ María Alejandra Arce ODone, C.I. N° 2.036.659

Ing. Daniel Vera
Jefe de Seccion
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria M. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

❖ **DOCUMENTOS NO SUSTANCIALES:**

De acuerdo con la verificación preliminar efectuada en la apertura de sobres y el cotejo que efectuara, las firmas en cuestión han omitido los documentos señalados puntualmente en cada caso, recalcando que cualquier desvío u omisión en los mismos debe ser subsanado en los términos del art. 59 del Decreto 21.909/03, es decir, extendiendo una solicitud de informe o aclaración por escrito a la firma oferente, en un plazo razonable.-

❖ **RESULTADO:**

En base a la verificación realizada se puede concluir que el oferente B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A., cumple con todos los requisitos legales de carácter sustancial, en base a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y modificado por el Decreto N° 5.174/05, por lo que se sugiere pasar al siguiente estadio de verifación que es la elaboración del cuadro comparativo de precios y la revisión de los demás requisitos de las bases de la presente licitación..-

**CODEX S.R.L.**

**Monto de la Oferta: G. 2.238.000.000** (Guaraníes dos mil doscientos treinta y ocho millones).-

❖ **DOCUMENTOS SUSTANCIALES:**

**A)** Planilla de precios y Formulario de Ofertas: El formulario de Ofertas y la Planilla de Precios fueron debidamente completados y llenados. Esta observación es sin perjuicio de las discordancias que pudieran surgir del cotejo de lo ofertado con los demás documentos de la oferta, las correcciones aritméticas y demás revisiones que pudieran realizar los demás integrantes de este Comité de Evaluación.-

**B)** Documentos que acrediten la existencia y representación: la sociedad fue constituida por medio de la Esc. Pública n° 45 del 26 de diciembre de 2.013, pasada ante la Esc. María Elena Persano Frutos. Esc. Pública de fecha 21 de octubre de 2013, pasada ante la Esc. María Elena Persano Frutos, cambio de denominación de Nelson Arces S.R.L. A Codex S.R.L. La oferta fue firmada por Silvia Franco Cattoni, con C.I. N° 1.042.062, conforme a la Esc. Púb. N° 45 de fecha 26 de diciembre de 1013, por ante la Esc. María Elena Cañete Persano.-

**C)** Garantia de mantenimiento de Oferta:

- ✓ Monto Asegurado: G. 72.000.000
- ✓ Poliza de Seguro N° 45.1508.0008263.0000.
- ✓ Fecha de vigencia desde: 10-04-17 al 17-10-2017, por 191 días
- ✓ Compañía: Aseguradora del Este.-

El art. 10.7, de los Datos de la licitación (DDL), establece que la garantía de mantenimiento o seridad de la oferta requerida es del 3% del monto de la oferta y su vigencia será de 180 días, por ende, este firma cumple con los requerimeintos de la bases en este sentido.-

**D)** Decretación Jurada: Con relación a la Declaración Jurada prevista en el art. 40 puede observarse en el SIPE.-

**E)** Los titulares, directores, representantes, accionistas u otros son:

- ✓ Silvia Merc edes Franco Cattoni, con C.I. N° 1.042.062
- ✓ Sixta Nelly Espinola Corvalan, C.I. N° 407.965
- ✓ María AlejandraCorvalan Espínola, C.I. N° 1.069.541
- ✓ Roman Fernandez Aurelio Ramon. C.I. N° 322.731

Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impide ofertar o suscribir contratos en los términos del art. 40 de la Ley 2051/03 "De Conrtataciones Públicas".-

❖ **DOCUMENTOS NO SUSTANCIALES:**

De acuerdo con la verificación preliminar efectuada en la apertura de sobres y el cotejo que efectuara, las firmas en cuestión han omitido los documentos señalados puntualmente en cada caso, recalcando que cualquier desvío u omisión en los mismos debe ser subsanado en los términos del art. 59 del Decreto 21.909/03, es decir, extendiendo una solicitud de informe o aclaración por escrito a la firma oferente, en un plazo razonable.-

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

❖ **RESULTADO:**

En base a la verificación realizada se puede concluir que el oferente CODEX S.R.L., cumple con todos los requisitos legales de carácter sustancial, en base a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y modificado por el Decreto N° 5.174/05, por lo que se sugiere pasar al siguiente estadio de verifación que es la elaboración del cuadro comparativo de precios y la revisión de los demás requisitos de las bases de la presente licitación..-

**ALBATROS S.A.C.I.**

❖ **DOCUMENTOS SUSTANCIALES:**

**a)** Monto de la oferta: Según planilla de precios cotiza por un monto total de Gs. 1.248.400.000 (Guaraníes mil doscientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos mil)

**b)** Formulario de Oferta y Lista de Precios: Los principales formularios que son el de "Oferta" y "Lista de Precios" fueron debidamente llenados y completados. Esta descripción es sin perjuicio de las discordancias que pudieran susgir del cotejo de lo ofertado con los demás documentos de la oferta, las correcciones y demás revisiones que pudieran realizar los demás integrantes de este Comité de Evaluación.-

**c)** Garantía de mantenimiento de Oferta: ASEGURADORA PARAGUARA S.A., N° de Póliza: 18.1508.0012655.0000, vigente desde el 10.04.2017 al 10-11-2017.-

Monto y plazo: Gs. 51.000.000- (Guaraníes cincuenta y un millones) ciento, que SUPERA el 3% del monto de la oferta presentada y fue extendida por el término de 214 días conrridos, con lo que se cumplen –con creces– los requisitos de porcentaje y tiempo solicitados por el pliego de bases de condiciones (IAO 20.2 y DDL).-

**d)** Representación: Constitución y Representación: La sociedad fue constituida por medio de la Esc. Pub. N° 05, de fecha 2 de octubre de 2.002. La firma es representada por el señor Paul Mathias Thiede Dichte, de acuerdo con el Poder Especial otorgado por Esc. Pública N° 105, de fecha 20 de julio de 2001, por ante la Esc. Norma Edith Miret Galeano.-

**e)** Decretación Jurada: Con relación a la Declaración Jurada prevista en el art. 40 puede observarse la declaración jurada tanto de manera física como en el SIPE.-

**F)** Los titulares, directores, representantes, accionistas u otros son:

- ✓ Thiede Friesen Rolf Walter, C.I. N° 572.213
- ✓ Raul mattias Thiede Dichtl, C.I. N° 2.471.745
- ✓ Hedwig Dichte de Thiede, C.I. N° 662.335
- ✓ Élida Katrin Thiede Dichtl
- ✓ Anni Friesen de Thiede, C.I. N° 141.555
- ✓ Clara J. Fischer

❖ **DOCUMENTOS NO SUSTANCIALES:**

De acuerdo con la verificación preliminar efectuada en la apertura de sobres y el cotejo que efectuara, las firmas en cuestión han omitido los documentos señalados puntualmente en cada caso, recalcando que cualquier desvío u omisión en los mismos debe ser subsanado en los términos del art. 59 del Decreto 21.909/03, es decir, extendiendo una solicitud de informe o aclaración por escrito a la firma oferente, en un plazo razonable.-

❖ **RESULTADO:**

En base a la verificación realizada se puede concluir que el oferente ALBATROS S.A.C.I., cumple con todos los requisitos legales de carácter sustancial, en base a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y modificado por el Decreto N° 5.174/05, por lo que se sugiere pasar al siguiente estadio de verifación que es la elaboración del cuadro comparativo de precios y la revisión de los demás requisitos de las bases de la presente licitación..-

**DOCUMENTOS NO SUSTANCIALES:**

Al proseguir con el cotejo de las documentaciones calificadas como no sustanciales o como adicionales, en caso de omisión, se debe solicitar la presentación al oferente en un plazo razonable, conforme a lo previsto en el art. 59 del Decreto 21909/03.-

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

De resultar seleccionada y/o adjudicada la firma beneficiaria deberá presentar, para la suscripción del contrato, las documentaciones que se citan a continuación:

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

e) Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.

f) Se ha insertado el Número de RUC de la empresa oferente en el Registro de inhabilitados situados en la plataforma digital DNCP y se ha constatado que la misma no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.

**ACLARACIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN:**

**1-** A la empresa **B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.**, a través de la Nota 224/17 de fecha 05 de mayo de 2017, con el objeto de solicitar la presentación del/os siguiente/s documento/s:

- **Estructura de Precio** – Indicadores del ítem 1, 8 y 9.
  - Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
  - Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
  - Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
  - Otros Gastos
  - Impuestos
- **Referente a los lotes:**

  Lote 1. "Drill / Craneotomo Neuroquirurgico"
  Lote 8. "Equipo electrobisturí para monobipolar y ligasure"
  Lote 9. "Equipo neuroendoscopio con fuente de luz y cámara

**RESPUESTA:** La empresa **B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.**, presentó en tiempo y forma lo solicitado.

**2-** A la empresa **ALBATROS S.A.C.I.**, a través de la Nota N° 225/17 de fecha 05 de mayo de 2017, con el objeto de solicitar la presentación del/os siguiente/s documento/s:

**a- Estructura de Precio – Indicadores de los ítems 1, 6 y 9.**
- Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
- Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
- Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
- Otros Gastos
- Impuestos

b- **Referente a los lotes**:

**Lote 1**. "Drill/CraneotomoNeuroquirurgico"

Se solicita al oferente aclarar de manera explícita, para cada lote, el cumplimiento de la totalidad de los ítems solicitados en los manuales o folletos originales presentados en la oferta o en documentaciones oficiales de la marca ofertada que complementen las respuestas.

Las aclaraciones del cumplimiento deberán ser realizadas por ítem, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El oferente deberá identificar y referenciar la numeración de la página donde se encuentra la información necesaria para aclarar el cumplimiento del ítem.
- El oferente deberá, una vez referenciada la página, identificar y resaltar la información que aclare el cumplimiento del ítem de manera gráfica, referenciando así mismo el ítem a que corresponde dicha información.

Los ítems no aclarados se considerarán como un incumplimiento a lo solicitado.

**CONSULTA 1:**

**Lote1. Ítem 1.5**: "Normas de calidad: FDA, CE, JIS. Al menos una de ellas"

- Se solicita a la empresa presentar la lista indicada en el certificado del folio 59 (Certificate Nro. 10235-12-2015), proveído por el FDA para verificar el cumplimiento de las normas de calidad solicitado en este ítem.

Instituto de Previsión Social
Dirección Operativa de Contrataciones

- Se solicita a la empresa presentar la lista indicada en el certificado del folio 59 (Certificate Nro. 10235-12-2015), proveído por el FDA para verificar el cumplimiento de las normas de calidad solicitado en este ítem.

**CONSULTA 2:**

**Lote1. Ítem 2.1**:"Micro motor, para craneotomía con fuente de mando. Pieza de mano dos-en-uno (recto y angulado 20°) o dos piezas de mano (una recta y otra angulada 20°). Con sistema de refrigeración del motor. (MODIFICADO en ADENDA 6)"

- Se solicita a la empresa aclarar cuales son las piezas de mano, recta y angulada de 20° ofertadas. se deberá indicar gráficamente en los catálogos presentados o deberá proveer catálogos que aclaren el cumplimiento de este requerimiento.

**CONSULTA 3:**

**Lote1. Ítem 2.2:**"Sistema de Drill. RPM de 500 o menos a 70.000 o más, 50-60 Hz, retroalimentación electrónica. avance-reversa. nivel de sonido de 75 decibeles (+/- 15dB). (MODIFICADO en ADENDA 6)"

- Se solicita a la empresa aclarar cual es el rango de revoluciones que dispone el sistema de drill ofertado (límite inferior y superior). ya que en el catálogo, especificar el sistema en los catálogos presentados. así como el nivel de sonido.

**CONSULTA 4:**

**Lote1. Ítem 2.3**:"Consola 220 V apta para procedimientos de craneotomía, neurocirugía, columna y maxilofacial."

- Se solicita a la empresa aclarar si el equipo es capaz de realizar procedimientos de neurocirugía. de columna y maxilofacial.

**CONSULTA 5:**

**Lote1. Ítem 2.5** "Kit de inserto para fresas de alta velocidad - Guarda fresa (duraprotector), tamaños: largo. mediano y pequeño (diez de cada tamaño) - y sistema de irrigación. (MODIFICADO en ADENDA 6)."

- Se solicita a la empresa aclarar la cantidad de duramadres ofertados. Aclarar también el sistema de irrigación para el kit solicitado.

**CONSULTA 6:**

**Lote1. Ítem 2.8** "Caja de esterilización y carro de transporte"

**RESPUESTA:** La empresa **ALBATROS S.A.C.I.**, presentó en tiempo y forma lo solicitado.

3- A la empresa **CODEX S.R.L..,** a través de la Nota N° 246/17 de fecha 12 de mayo de 2017, con el objeto de solicitar la presentación del/os siguiente/s documento/s:

**a- Estructura de Precio** – Indicadores del ítem 1. 3 y 8.

- Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
- Gastos Administrativos: salario del personal. carga social.
- Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
- Otros Gastos
- Impuestos

**b- Referente a los lotes:**

- **Lote 1.** *"Drill / Craneotomo Neuroquirurgico"*

Se solicita al oferente aclarar de manera explícita. para cada lote. el cumplimiento de la totalidad de los ítems solicitados en los manuales o folletos originales presentados en la oferta o en documentaciones oficiales de la marca ofertada que complementen las respuestas.

Las aclaraciones del cumplimiento deberán ser realizadas por ítem. teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El oferente deberá identificar y referenciar la numeración de la página donde se encuentra la información necesaria para aclarar el cumplimiento del ítem.

Ing. [illegible] Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

- El oferente deberá, una vez referenciada la página, identificar y resaltar la información que aclare el cumplimiento del ítem de manera gráfica, referenciando así mismo el ítem a que corresponde dicha información.

Los ítems no aclarados se considerarán como un incumplimiento a lo solicitado.

**c-** Patente municipal vigente.

**d-** Presentar copias de contratos y/o facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de equipos Biomédicos a Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 5 (años) (2011-2012-2013-2014-2015), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta) del valor de su oferta.

**e-** Declaración jurada del oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.

**f-** Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado, para la firma del Contrato el documento deberá estar legalizado por el consulado paraguayo del país de origen.

**g-** Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.

**h-** Certificado de cumplimiento tributario Vigente.

**i-** Favor presentar todo lo referente a Especificaciones Técnicas en formato digital, así como también en forma física.

**RESPUESTA:** La empresa **CODEX S.A.**, presentó en tiempo y forma lo solicitado.

**4-** A la empresa **CATETERES & AFINES S.A.**, a través de la Nota N° 247/17 de fecha 12 de mayo de 2017, con el objeto de solicitar la presentación del/os siguiente/s documento/s:

**a- Estructura de Precio** – Indicadores del ítem 1 y 6.

- Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
- Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
- Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
- Otros Gastos
- Impuestos

**b- Referente a los lotes:**

- **Lote 1.** *"Drill / Craneotomo Neuroquirurgico"*

Se solicita al oferente aclarar de manera explícita, para cada lote, el cumplimiento de la totalidad de los ítems solicitados en los manuales o folletos originales presentados en la oferta o en documentaciones oficiales de la marca ofertada que complementen las respuestas.

Las aclaraciones del cumplimiento deberán ser realizadas por ítem, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El oferente deberá identificar y referenciar la numeración de la página donde se encuentra la información necesaria para aclarar el cumplimiento del ítem.
- El oferente deberá, una vez referenciada la página, identificar y resaltar la información que aclare el cumplimiento del ítem de manera gráfica, referenciando así mismo el ítem a que corresponde dicha información.

Los ítems no aclarados se considerarán como un incumplimiento a lo solicitado.

**CONSULTA 1:**

**Lote1.** Ítem 1.5: *"Normas de calidad: FDA, CE, JIS. Al menos una de ellas"*

- Se solicita a la empresa los certificados emitidos por agencias certificadores de cumplimiento de las normas de calidad solicitadas.

**CONSULTA 2:**

**Lote1.** Ítem 1.6: *"Norma de calidad específica: ISO 13485."*

- Se solicita a la empresa los certificados emitidos por agencias certificadores de cumplimiento de la norma de calidad solicitada.

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

**CONSULTA 3:**

**Lote1.** Ítem 2.2: *"Sistema de Drill, RPM de 500 o menos a 70.000 o más, 50-60 Hz, retroalimentación electrónica, avance-reversa, nivel de sonido de 75 decibeles (+/- 15dB). (MODIFICADO en ADENDA 6)"*

- Se solicita a la empresa aclarar cual es el rango de revoluciones que dispone el sistema de drill ofertado (límite inferior y superior), ya que en el catalogo no especifica.

**CONSULTA 4:**

**Lote1.** Ítem 2.3: *"Consola 220 V apta para procedimientos de craneotomía, neurocirugía, columna y maxilofacial."*

- Se solicita a la empresa aclarar si el equipo es capaz de realizar procedimientos de neurocirugía, de columna y maxilofacial.

**CONSULTA 5:**

**Lote1.** Ítem 2.4: *"Sistema de tubuladuras y cables de conexión incorporado con pedales de control."*

- Se solicita a la empresa aclarar si el equipo incluye los sistemas de tubuladuras y cables de conexión para su funcionamiento.

**CONSULTA 6:**

**Lote1.** Ítem 2.5 *"Kit de inserto para fresas de alta velocidad - Guarda fresa (duraprotector), tamaños: largo, mediano y pequeño (diez de cada tamaño) - y sistema de irrigación.* ***(MODIFICADO en ADENDA 6)."***

- Se solicita a la empresa aclarar la cantidad de duramadres ofertados. Y especificar en el catálogo de manera gráfica indicando la correspondencia del ítem ofertado.

**CONSULTA 7:**

**Lote1.** Ítem 2.6 *"Alimentación eléctrica: 220 VAC 50 Hz"*

- Se solicita a la empresa aclarar el cumplimiento del ítem solicitado.

**CONSULTA 8:**

**Lote1.** Ítem 2.7 *"Cable de alimentación con toma tipo Schuko"*

- Se solicita a la empresa aclarar el cumplimiento del ítem solicitado.

**CONSULTA 9:**

**Lote1.** Ítem 2.8 *"Caja de esterilización y carro de transporte"*

- Se solicita a la empresa indicar la caja de esterilización ofertada en catálogos donde puedan ser corroboradas las especificaciones técnicas.
- Patente Municipal vigente.
- Presentar copias de contratos y/o facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de equipos Biomédicos a Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 5 (años) (2011-2012-2013-2014-2015), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta) del valor de su oferta.
- Certificado o constancia de habilitación vigente del servicio técnico, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
- Constancia vigente de inscripción como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social vigente.
- Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado, para la firma del Contrato el documento deberá estar legalizado por el consulado paraguayo del país de origen.
- Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar Servicio técnico en la marca de los bienes ofertados.
- Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente.
- Certificado de cumplimiento tributario Vigente.
- Favor presentar todo lo referente a Especificaciones Técnicas en formato digital, así como también en forma física.

Ing. Muriel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

**RESPUESTA:** La empresa **CATETERES & AFINES S.A.**, presentó en tiempo y forma lo solicitado.

5- A la empresa **B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A..**, a través de la Nota N° 255/17 de fecha 12 de mayo de 2017, con el objeto de solicitar la presentación del/os siguiente/s documento/s:

**a- REFERENTE A LOS LOTES:**

- **Lote 1.** *"Drill / Craneotomo Neuroquirurgico"*

Se solicita al oferente aclarar de manera explícita, para cada lote, el cumplimiento de la totalidad de los ítems solicitados en los manuales o folletos originales presentados en la oferta o en documentaciones oficiales de la marca ofertada que complementen las respuestas.

Las aclaraciones del cumplimiento deberán ser realizadas por ítem, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El oferente deberá identificar y referenciar la numeración de la página donde se encuentra la información necesaria para aclarar el cumplimiento del ítem.
- El oferente deberá, una vez referenciada la página, identificar y resaltar la información que aclare el cumplimiento del ítem de manera gráfica, referenciando así mismo el ítem a que corresponde dicha información.

Los ítems no aclarados se considerarán como un incumplimiento a lo solicitado.

**CONSULTA 1:**

**Lote1.** Ítem 2.2: *"Sistema de Drill, RPM de 500 o menos a 70.000 o más, 50-60 Hz, retroalimentación electrónica, avance-reversa, nivel de sonido de 75 decibeles (+/- 15dB).* ***(MODIFICADO en ADENDA 6)"***

- Se solicita a la empresa aclarar cual es el rango de revoluciones que dispone el sistema de drill ofertado (límite inferior y superior), ya que en el catalogo no especifica, además se debe especificar el nivel de sonido de operación del sistema.

**CONSULTA 2:**

**Lote1. Ítem 2.8:** ***"Caja de esterilización y carro de transporte."***

- Se solicita a la empresa aclarar especificamente en los catálogos de forma gráfica, cual es la caja de esterilización ofertada que cumple con lo solicitado en este ítem.
- Favor presentar todo lo referente a Especificaciones Técnicas en formato digital y así como también en forma física.
-

**RESPUESTA:** La empresa **B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.**, presentó en tiempo y forma lo solicitado.

6- A la empresa **B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A..**, a través de la Nota N° 290/17 de fecha 25 de mayo de 2017, con el objeto de solicitar la presentación del/os siguiente/s documento/s:

**Referente a los lotes:**

- **Lote 1.** ***"Drill / Craneotomo Neuroquirurgico"***

Se solicita al oferente aclarar de manera explícita, para cada lote, el cumplimiento de la totalidad de los ítems solicitados en los manuales o folletos originales presentados en la oferta o en documentaciones oficiales de la marca ofertada que complementen las respuestas.

Las aclaraciones del cumplimiento deberán ser realizadas por ítem, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El oferente deberá identificar y referenciar la numeración de la página donde se encuentra la información necesaria para aclarar el cumplimiento del ítem.
- El oferente deberá, una vez referenciada la página, identificar y resaltar la información que aclare el cumplimiento del ítem de manera gráfica, referenciando así mismo el ítem a que corresponde dicha información.

Los ítems no aclarados se considerarán como un incumplimiento a lo solicitado.

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
PS

Instituto de Previsión Soc
Dirección Operativa de Contratacion

**CONSULTA 1:**

**Lote1. Ítem 2.5** *"Kit de inserto para fresas de alta velocidad - Guarda fresa (duraprotector), tamaños: largo, mediano y pequeño (diez de cada tamaño) - y sistema de irrigación. (MODIFICADO en ADENDA 6)"*

**RESPUESTA:** La empresa **B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.** A., presentó en tiempo y forma lo solicitado.

7- A la empresa **ALBATROS S.A.C.I.,** a través de la Nota N° 291/17 de fecha 26 de mayo de 2017, con el objeto de solicitar la presentación del/os siguiente/s documento/s:

**REFERENTE A LOS LOTES:**

**Lote 1. "Drill / Craneotomo Neuroquirurgico"**

Se solicita al oferente aclarar de manera explícita, para cada lote, el cumplimiento de la totalidad de los ítems solicitados en los manuales o folletos originales presentados en la oferta o en documentaciones oficiales de la marca ofertada que complementen las respuestas.

Las aclaraciones del cumplimiento deberán ser realizadas por ítem, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

El oferente deberá identificar y referenciar la numeración de la página donde se encuentra la información necesaria para aclarar el cumplimiento del ítem.

El oferente deberá, una vez referenciada la página, identificar y resaltar la información que aclare el cumplimiento del ítem de manera gráfica, referenciando así mismo el ítem a que corresponde dicha información.

Los ítems no aclarados se considerarán como un incumplimiento a lo solicitado.

**CONSULTA 1:**

**Lote1. Ítem 2.2 "Sistema de Drill**, RPM de 500 o menos a 70.000 o más, 50-60 Hz, retroalimentación electrónica, avance-reversa, nivel de sonido de 75 decibeles (+/- 15dB). (MODIFICADO en ADENDA 6)"

Se solicita a la empresa remita una nota de fabrica, en copia simple, donde se pueda corroborar el cumplimiento del rango del sistema de drill y el nivel de ruido solicitados, ya que en los catálogos presentados no especifica. La misma deberá ser presentada legalizada por el consulado del país de origen en la firma del contrato en caso de ser adjudicada.

**CONSULTA 2:**

**Lote1. Ítem 2.5 "Sistema de Drill, RPM de 500 o menos a 70.000** o más, 50-60 Hz, retroalimentación electrónica, avance-reversa, nivel de sonido de 75 decibeles (+/- 15dB). (MODIFICADO en ADENDA 6)"

Se solicita a la empresa aclarar de forma grafica cuales son las fresas que están incluidas dentro de la oferta.

**RESPUESTA:** La empresa **ALBATROS S.A.C.I.**, presentó en tiempo y forma lo solicitado.

8- A la empresa **CATETERES & AFINES S.A.**, a través de la Nota N° 296/17 de fecha 29 de mayo de 2017, con el objeto de solicitar la presentación del/os siguiente/s documento/s:

**REFERENTE A LOS LOTES:**

- **LOTE 1. "DRILL / CRANEOTOMO NEUROQUIRURGICO"**

Se solicita al oferente aclarar de manera explícita, para cada lote, el cumplimiento de la totalidad de los ítems solicitados en los manuales o folletos originales presentados en la oferta o en documentaciones oficiales de la marca ofertada que complementen las respuestas.

Las aclaraciones del cumplimiento deberán ser realizadas por ítem, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El oferente deberá identificar y referenciar la numeración de la página donde se encuentra la información necesaria para aclarar el cumplimiento del ítem.
- El oferente deberá, una vez referenciada la página, identificar y resaltar la información que aclare el cumplimiento del ítem de manera gráfica, referenciando así mismo el ítem a que corresponde dicha información.

Los ítems no aclarados se considerarán como un incumplimiento a lo solicitado.

**CONSULTA 1:**

**Lote1. Ítem 2.2** "Sistema de Drill, RPM de 500 o menos a 70.000 o más, 50-60 Hz, retroalimentación electrónica, avance-reversa, nivel de sonido de 75 decibeles (+/- 15dB). (MODIFICADO en ADENDA 6)"

Ing. Ariel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuenca A.
Dirección Operativa de Contrataciones

- Se solicita a la empresa remita una nota de fabrica en copia simple donde se pueda corroborar el cumplimiento del rango de Revoluciones por Minuto del Sistema de Drill solicitado. En caso de presentar nota del fabricante, la misma deberá ser presentada legalizada por el consulado del país de origen en la firma del contrato en caso de ser adjudicada.

**CONSULTA 2:**

**Lote1. Ítem 2.5** "Sistema de Drill, RPM de 500 o menos a 70.000 o más, 50-60 Hz, retroalimentación electrónica, avance-reversa, nivel de sonido de 75 decibeles (+/- 15dB). (MODIFICADO en ADENDA 6)"

- Se solicita a la empresa aclarar de forma grafica cuales son las fresas que están incluidas dentro de la oferta.

**RESPUESTA:** La empresa **CATETERES & AFINES S.A.**, presentó en tiempo y forma lo solicitado.

9- A la empresa **CODEX S.R.L.,** a través de la Nota N° 297/17 de fecha 29 de mayo de 2017, con el objeto de solicitar la presentación del/os siguiente/s documento/s:

**REFERENTE A LOS LOTES:**

- **LOTE 1. "DRILL / CRANEOTOMO NEUROQUIRURGICO"**

Se solicita al oferente aclarar de manera explícita, para cada lote, el cumplimiento de la totalidad de los ítems solicitados en los manuales o folletos originales presentados en la oferta o en documentaciones oficiales de la marca ofertada que complementen las respuestas.

Las aclaraciones del cumplimiento deberán ser realizadas por ítem, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El oferente deberá identificar y referenciar la numeración de la página donde se encuentra la información necesaria para aclarar el cumplimiento del ítem.
- El oferente deberá, una vez referenciada la página, identificar y resaltar la información que aclare el cumplimiento del ítem de manera gráfica, referenciando así mismo el ítem a que corresponde dicha información.

Los ítems no aclarados se considerarán como un incumplimiento a lo solicitado.

**CONSULTA 1:**

**Lote1. Ítem 2.1 "**Micro motor, para craneotomía con fuente de mando. Pieza de mano dos-en-uno (recto y angulado 20°) o dos piezas de mano (una recta y otra angulada 20°). Con sistema de refrigeración del motor. (MODIFICADO en ADENDA 6)"

- Se solicita a la empresa remita una nota de fabrica en copia simple donde se pueda corroborar el cumplimiento del rango de Revoluciones por Minuto del Sistema de Drill solicitado. En caso de presentar nota del fabricante, la misma deberá ser presentada legalizada por el consulado del país de origen en la firma del contrato en caso de ser adjudicada.

**CONSULTA 2:**

**Lote1. Ítem 2.2** "Sistema de Drill, RPM de 500 o menos a 70.000 o más, 50-60 Hz, retroalimentación electrónica, avance-reversa, nivel de sonido de 75 decibeles (+/- 15dB). (MODIFICADO en ADENDA 6)"

- Se solicita a la empresa aclarar cuál es el rango de revoluciones que dispone el sistema de drill ofertado (límite inferior y superior), ya que en el catalogo no especifica, además se debe especificar el nivel de sonido de operación del sistema.

**CONSULTA 3:**

Lote1. Ítem 2.5 "Kit de inserto para fresas de alta velocidad - Guarda fresa (duraprotector), tamaños: largo, mediano y pequeño (diez de cada tamaño) - y sistema de irrigación. (MODIFICADO en ADENDA 6)"

- Se solicita a la empresa aclarar de forma grafica cuales son las fresas que están incluidas dentro de la oferta.
- **LOTE 3.** "EQUIPO DE ELECTRONEUROMIOGRAFIA Y POTENCIAL EVOCADO"
- **LOTE 8.** "EQUIPO ELECTROBISTURÍ PARA MONOBIPOLAR Y LIGASURE"

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Dirección General de Contrataciones

Se solicita al oferente aclarar de manera explícita, para cada lote, el cumplimiento de la totalidad de los ítems solicitados en los manuales o folletos originales presentados en la oferta o en documentaciones oficiales de la marca ofertada que complementen las respuestas.
Las aclaraciones del cumplimiento deberán ser realizadas por ítem, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El oferente deberá identificar y referenciar la numeración de la página donde se encuentra la información necesaria para aclarar el cumplimiento del ítem.
- El oferente deberá, una vez referenciada la página, identificar y resaltar la información que aclare el cumplimiento del ítem de manera gráfica, referenciando así mismo el ítem a que corresponde dicha información.

Los ítems no aclarados se considerarán como un incumplimiento a lo solicitado.

**CONSULTA 1:**
**Lote 3. Ítem 2.3** "Ordenador con software instalado".

- Solicita aclarar el cumplimento de este requerimiento ya que en los catálogos presentados no se verifican.

**CONSULTA 2:**
**Lote 3. Ítem 2.6** "El controlador debe suministrar alimentación de CA conmutada al ordenador.".

- Solicita aclarar el cumplimento de este requerimiento ya que en los catálogos presentados no se verifican.

**CONSULTA 3:**
**Lote 3. Ítem 3.1** "El panel posterior debe contar con conectores para todos los componentes periféricos opcionales..."

- Solicita aclarar el cumplimento de este requerimiento ya que en los catálogos presentados no se verifican.

**CONSULTA 4:**
**Lote 3. Ítem 3.2** "Interfaz de la CPU."

- Solicita aclarar el cumplimento de este requerimiento ya que en los catálogos presentados no se verifican.

**CONSULTA 5:**
**Lote 3. Ítem 4.2** "Software de detección de artefactos durante el monitoreo."

- Solicita aclarar el cumplimento de este requerimiento ya que en los catálogos presentados no se verifican.

**CONSULTA 6:**
**Lote 3. Ítem 4.4** "Superposición importa de la señal al Microscopio Quirúrgico para visualización del cirujano..."

- Solicita aclarar el cumplimento de este requerimiento ya que en los catálogos presentados no se verifican.

**CONSULTA 7:**
**Lote 3. Ítem 4.5** "Alimentación eléctrica: 220 VAC/ 50 Hz"

- Solicita aclarar el cumplimento de este requerimiento ya que en los catálogos presentados no se verifican.

**CONSULTA 8:**
**Lote 3. Ítem 5.2** "Sondas de nervio directo."

- Solicita aclarar el cumplimento de este requerimiento ya que en los catálogos presentados no se verifican.

**CONSULTA 9:**
**Lote 3. Ítem 5.3** "Electrodos de superficie."

- Solicita aclarar el cumplimento de este requerimiento ya que en los catálogos presentados no se verifican.

**CONSULTA 10:**
**Lote 3. Ítem 5.4**"Sensor de oximetro de pulso. (AGREGADO en ADENDA 6)."

- Solicita aclarar el cumplimento de este requerimiento ya que en los catálogos presentados no se verifican.

**CONSULTA 11:**

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Dirección Operativa de Contrataciones

**Lote 8. Pinzas**

| | |
|---|---|
| 3.1 | Pinza bipolar de 18 cm +/- 2 cm (4 unidades). (MODIFICADO en ADENDA 6) |
| 3.2 | Pinza bipolar de 27 cm +/- 2 cm (4 unidades). (MODIFICADO en ADENDA 6) |
| 3.3 | Pinza bipolar de 23 cm +/- 2 cm (4 unidades). (MODIFICADO en ADENDA 6) |
| 3.4 | Pinza bipolar de 28 cm +/- 2 cm (4 unidades). (MODIFICADO en ADENDA 6) |
| 3.5 | Lápiz electroquirúrgico, cable 10' +/- 2 cm (4 unidades). (MODIFICADO en ADENDA 6) |
| 3.6 | Lápiz electroquirúrgico, cable 15' +/- 2 cm (4 unidades). (MODIFICADO en ADENDA 6) |

- Solicita aclarar el cumplimento de estos requerimientos ya que en los catálogos presentados no se verifican.

**RESPUESTA:** La empresa **CODEX S.R.L.**, Presentó en tiempo y forma lo solicitado.

**10-** A la empresa **CODEX S.R.L.**, a través de la Nota N° 394/17 de fecha 22 de junio de 2017, con el objeto de solicitar la presentación del/os siguiente/s documento/s:

**REFERENTE A LOS LOTES:**

- **Lote 8.** *"Equipo electrobisturí para monobipolar y ligasure"*

Se solicita al oferente aclarar de manera explícita. para cada lote, el cumplimiento de la totalidad de los ítems solicitados en los manuales o folletos originales presentados en la oferta o en documentaciones oficiales de la marca ofertada que complementen las respuestas.

Las aclaraciones del cumplimiento deberán ser realizadas por ítem, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El oferente deberá identificar y referenciar la numeración de la página donde se encuentra la información necesaria para aclarar el cumplimiento del ítem.
- El oferente deberá, una vez referenciada la página, identificar y resaltar la información que aclare el cumplimiento del ítem de manera gráfica. referenciando así mismo el ítem a que corresponde dicha información.

Los ítems no aclarados se considerarán como un incumplimiento a lo solicitado.

**CONSULTA 1:**

**Lote 8.** Pinzas

| | |
|---|---|
| 3.1 | Pinza bipolar de 18 cm +/- 2 cm (4 unidades). (MODIFICADO en ADENDA 6) |
| 3.2 | Pinza bipolar de 27 cm +/- 2 cm (4 unidades). (MODIFICADO en ADENDA 6) |
| 3.3 | Pinza bipolar de 23 cm +/- 2 cm (4 unidades). (MODIFICADO en ADENDA 6) |
| 3.4 | Pinza bipolar de 28 cm +/- 2 cm (4 unidades). (MODIFICADO en ADENDA 6) |
| 3.5 | Lápiz electroquirúrgico, cable 10' +/- 2 cm (4 unidades). (MODIFICADO en ADENDA 6) |
| 3.6 | Lápiz electroquirúrgico, cable 15' +/- 2 cm (4 unidades). (MODIFICADO en ADENDA 6) |

- Solicita aclarar el cumplimento de estos requerimientos ya que en los catálogos presentados no se verifican.

Instituto de Previsión Social
Lic. Gladys Ma. Cross A.
Dirección General de Contrataciones

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

**RESPUESTA:** La empresa **CODEX S.R.L.** presentó en tiempo y forma lo solicitado.

**11-** A la empresa **ALBATROS S.A.C.I.**, a través de la Nota N° 397/17 de fecha 22 de junio de 2017, con el objeto de solicitar la presentación del/os siguiente/s documento/s:

**REFERENTE A LOS LOTES:**

- **Lote 9.** *"Equipo neuroendoscopio con fuente de luz y cámara (MODIFICADO en ADENDA 1)".*

Se solicita al oferente presentar las planillas de especificaciones técnicas, y aclarar de manera explícita, para cada lote, el cumplimiento de la totalidad de los ítems solicitados en los manuales o folletos originales presentados en la oferta o en documentaciones oficiales de la marca ofertada que complementen las respuestas.

Las aclaraciones del cumplimiento deberán ser realizadas por ítem, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El oferente deberá identificar y referenciar la numeración de la página donde se encuentra la información necesaria para aclarar el cumplimiento del ítem.
- El oferente deberá, una vez referenciada la página, identificar y resaltar la información que aclare el cumplimiento del ítem de manera gráfica, referenciando así mismo el ítem a que corresponde dicha información.

**CONSULTA:**

**Lote 9.** Ítem 2.6: *"CARRO DE TRANSPORTE"*

*Ítem 2.6.1:* *"Totalmente compatible con los bienes ofertados en este Ítem"*

- Se solicita a la empresa aclarar el cumplimiento del ítem solicitado con catálogos referenciales que aclaren el cumplimiento de este requerimiento.

*Ítem 2.6.2:* *"Con paneles divisores para los equipos"*

- Se solicita a la empresa aclarar el cumplimiento del ítem solicitado con catálogos referenciales que aclaren el cumplimiento de este requerimiento.

*Ítem 2.6.3:* *"Cuatro ruedas antideslizantes de 10 cm de diámetro, dos ruedas con bloqueador."*

- Se solicita a la empresa aclarar el cumplimiento del ítem solicitado con catálogos referenciales que aclaren el cumplimiento de este requerimiento.

*Ítem 2.6.4:* *"Panel de enchufes con tomas schuko y tipo americano, cantidad necesaria para todos los equipos, con cable de conexión de aproximadamente 5 metros."*

- Se solicita a la empresa aclarar el cumplimiento del ítem solicitado con catálogos referenciales que aclaren el cumplimiento de este requerimiento.

*Ítem 2.6.5:* *"Pintura anticorrosiva, gavetas con cierre para instrumentales y paneles divisores necesarios para todos los equipos."*

- Se solicita a la empresa aclarar el cumplimiento del ítem solicitado con catálogos referenciales que aclaren el cumplimiento de este requerimiento.

*Ítem 2.6.6:* *"UPS, adecuado para los equipos ofertados."*

- Se solicita a la empresa aclarar el cumplimiento del ítem solicitado con catálogos referenciales que aclaren el cumplimiento de este requerimiento.

**RESPUESTA:** La empresa **ALBATROS S.A.C.I.** presentó en tiempo y forma lo solicitado.

**12-** A la empresa **B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.**, a través de la Nota N° 396/17 de fecha 22 de junio de 2017, con el objeto de solicitar la presentación del/os siguiente/s documento/s:

**REFERENTE A LOS LOTES:**

- **Lote 8.** *"Equipo electrobisturí para monobipolar y ligasure"*

Se solicita al oferente presentar las planillas de especificaciones técnicas, el modelo y aclarar de manera explícita, para cada lote, el cumplimiento de la totalidad de los ítems solicitados en los manuales o folletos originales presentados en la oferta o en documentaciones oficiales de la marca ofertada que complementen las respuestas.

Las aclaraciones del cumplimiento deberán ser realizadas por ítem, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Instituto de Previsión Social
Sfic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Ejecutiva de Contrataciones

Ing. Jorge Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

- El oferente deberá identificar y referenciar la numeración de la página donde se encuentra la información necesaria para aclarar el cumplimiento del ítem.

El oferente deberá, una vez referenciada la página. identificar y resaltar la información que aclare el cumplimiento del ítem de manera gráfica. referenciando así mismo el ítem a que corresponde dicha información.

**RESPUESTA:** La empresa **B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.**. presentó en tiempo y forma lo solicitado.

**13-** A la empresa **D.G.R. INTERNACIONAL S.R.L.**. a través de la Nota N° 299/17 de fecha 22 de junio de 2017, con el objeto de solicitar la presentación del/os siguiente/s documento/s:

**a- Estructura de Precio** – Indicadores del ítem 4.

- Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
- Gastos Administrativos: salario del personal. carga social.
- Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete. papelería.
- Otros Gastos
- Impuestos

**b- Referente a los lotes:**

- **Lote 4.** *"Microscopio neuroquirurgico con navegador"*

Se solicita al oferente aclarar de manera explícita. para cada lote. el cumplimiento de la totalidad de los ítems solicitados en los manuales o folletos originales presentados en la oferta o en documentaciones oficiales de la marca ofertada que complementen las respuestas.

Las aclaraciones del cumplimiento deberán ser realizadas por ítem. teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El oferente deberá identificar y referenciar la numeración de la página donde se encuentra la información necesaria para aclarar el cumplimiento del ítem.
- El oferente deberá, una vez referenciada la página, identificar y resaltar la información que aclare el cumplimiento del ítem de manera gráfica, referenciando así mismo el ítem a que corresponde dicha información.

Los ítems no aclarados se considerarán como un incumplimiento a lo solicitado.

**CONSULTA 1:**

**Lote 4.** Ítem 2.4 *"Tubo binocular inclinable con rotación de 200° (o mayor). (MODIFICADO en ADENDA 6)"*.

Solicita aclarar el cumplimento de este requerimiento ya que en los catálogos presentados no se verifican.

**RESPUESTA:** La empresa **D.G.R. INTERNACIONAL S.R.L.**. presentó en tiempo y forma lo Solicitado.

**14-** A la empresa **B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.;** a través de la Nota N° 502/17 de fecha 19 de julio de 2017, con el objeto de solicitar la presentación del/os siguiente/s documento/s:

- **Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar Servicio técnico en la marca de los bienes ofertados.**

**RESPUESTA:** La empresa B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.. presento en tiempo pero no en forma.

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección,
Electromedicina, A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

## 7. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS:

A continuación se presenta el cuadro comparativo de precios ofertados:

| EMPRESA | ÍTEM | CÓDIGO CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) | PRECIO REFERENCIAL | % VARIACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B BRAUN** | 1 | 42294215-9999 | Drill/Craneotomo Neuroquirurgico | UNIDAD | UNIDAD | B BRAUN/AESCULAP | ALEMANIA | 3 | 185.623.333 | 556.869.999 | 450.000.000 | -59% |
| **ALBATROS** | 1 | 42294215-9999 | Drill/Craneotomo Neuroquirurgico | UNIDAD | UNIDAD | KARL STORZ | ALEMANIA | 3 | 192.300.000 | 576.900.000 | 450.000.000 | -57% |
| **CATERES & AFINES** | 1 | 42294215-9999 | Drill/Craneotomo Neuroquirurgico | UNIDAD | UNIDAD | CONMED LINVATEC | USA | 3 | 192.600.000 | 577.800.000 | 450.000.000 | -57% |
| **GRUPO IBP** | 1 | 42294215-9999 | Drill/Craneotomo Neuroquirurgico | UNIDAD | UNIDAD | NOOUVAG | SUIZA | 3 | 318.333.334 | 955.000.000 | 450.000.000 | -29% |
| **CODEX** | 1 | 42294215-9999 | Drill/Craneotomo Neuroquirurgico | UNIDAD | UNIDAD | MEDTRONIC | USA | 3 | 396.000.000 | 1.188.000.000 | 450.000.000 | -57% |
| **CODEX** | 3 | 42182310-9999 | Equipo de monitoreo neurofisiológico para electromiografia y potencial evocado | UNIDAD | UNIDAD | MEDTRONIC | USA | 1 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 0% |
| **DGR** | 4 | 42295121-001 | Microscopio neuroquirurgico con navegador | UNIDAD | UNIDAD | ZEISS | ALEMANIA | 1 | 2.382.900.000 | 2.382.900.000 | 2.500.000.000 | -5% |

Ing. Jhonel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y
IPS

Tecnologías de Salud

Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CHARPENTIER** | 4 | 42295121-001 | Microscopio neuroquirurgico con navegador | UNIDAD | UNIDAD | LEICA MICROSYSTEMS | ALEMANIA | 1 | 2.828.561.000 | 2.828.561.000 | 2.500.000.000 | 13% |
| **ALBATROS** | 6 | 422950009-001 | Frontoluz quirurgico de luz fria | UNIDAD | UNIDAD | KARL STORZ | ALEMANIA | 2 | 10.750.000 | 21.500.000 | 20.000.000 | -46% |
| **CATERES & AFINES** | 6 | 422950009-001 | Frontoluz quirurgico de luz fria | UNIDAD | UNIDAD | ECLERIS | USA | 2 | 11.000.000 | 22.000.000 | 20.000.000 | 45% |
| **B BRAUN** | 8 | 42291613-003 | Equipo Electrobisturi para monobipolar sellado de vasos | UNIDAD | UNIDAD | B BRAUN/AESCULAP | ALEMANIA | 1 | 50.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | -80% |
| **CODEX** | 8 | 42291613-003 | Equipo electrobisturi para monobipolar y sellado de vasos | UNIDAD | UNIDAD | COVIDIEN | USA | 1 | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 0% |
| **ALBATROS** | 9 | 42294944-998 | Equipo neuroendoscopio con fuente de luz y camara | UNIDAD | UNIDAD | KARL STORZ | ALEMANIA | 1 | 650.000.000 | 650.000.000 | 900.000.000 | -28% |
| **B BRAUN** | 9 | 42294944-998 | Equipo neuroendoscopio con fuente de luz y camara | UNIDAD | UNIDAD | B BRAUN/AESCULAP | ALEMANIA | 1 | 669.000.000 | 669.000.000 | 900.000.000 | -26% |

Ing. Ángel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C.
IPS

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

**8. VERIFICACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS:**

Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el Decreto 5174/05, se ha procedido a la verificación aritmética de las ofertas presentadas por las firmas **ALBATROS S.A.C.I., CODEX S.R.L., DGR INTERNACIONAL S.R.L., CATETERES & AFINES S.A., B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A., CHARPENTIER S.R.L., GRUPO IPB S.A.**, en concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones. verificándose que la misma no presenta errores aritméticos.

**9. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

En base al estudio pormenorizado de las documentaciones técnicas presentadas por las firmas oferentes, en la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE Nº 55/16 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S." – AD REFERENDUM 2017.**, y conforme al Pliego de Bases y Condiciones, se formulan las siguientes observaciones:

- **Ítem 1: DRILL/CRANEOTOMONEUROQUIRURGICOCÓGRAFO.**

1. **Empresa: BBRAUN S.A.**
   La comisión evaluadora realizó la verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, y se corroboró que el mismo cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas en los requerimientos del equipo, pero la misma no cumple con lo solicitado en el la **SECCION VII. ANEXO. Punto 7.** *Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar Servicio técnico en la marca de los bienes ofertados.* **La Comision Evaluadora solicito a la empresa remitir lo solicitado, y la misma presento un listado de personal técnico pero no presento certificados demostrables de habilitación para realizar los servicios técnicos de la marca del equipo ofertado.**
2. **Empresa: ALBATROS S.R.L.**
   La comisión evaluadora realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, y no pudo ser corroborado el cumplimiento del **ítem 1.2.2** "*Sistema de Drill, RPM de 500 o menos a 70.000 o más, 50-60 Hz, retroalimentación electrónica, avance-reversa, nivel de sonido de 75 decibeles (+/- 15dB). (MODIFICADO en ADENDA 6)*", ya que en las consultas aclaratorias la empresa no remitió la documentación donde se puedan verificar el cumplimiento de lo requerido.
3. **Empresa: CATETERES Y AFINES S.A.**
   La comisión evaluadora SUGIERE LA ADJUDICACIÓN del equipo ofertado por la empresa CATETERES Y AFINES S.A., ya que se realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, y se corroboró que el mismo cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas.
4. **Empresa: CODEX S.R.L.**
   La comisión evaluadora realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, y no pudo ser corroborado el cumplimiento de los siguientes ítems: **ítem 1.2.1** "*Micro motor, para craneotomía con fuente de mando. Pieza de mano dos-en-uno (recto y angulado 20°) o dos piezas de mano (una recta y otra angulada 20°). Con sistema de refrigeración del motor. (MODIFICADO en ADENDA 6)*", e **ítem 1.2.5** "*Kit de inserto para fresas de alta velocidad - Guarda fresa (duraprotector), tamaños: largo, mediano y pequeño (diez de cada tamaño) - y sistema de irrigación. (MODIFICADO en ADENDA 6)*", ya que en las consultas aclaratorias la empresa no remitió la documentación donde se puedan verificar el cumplimiento de lo requerido.

- **Ítem 2: ASPIRADOR ULTRASÓNICO NEUROQUIRÚRGICO.**

No se presentó ninguna oferta.

- **Ítem 3: EQUIPO DE ELECTRONEUROMIOGRAFÍA Y POTENCIAL EVOCADO.**

1. **Empresa: CODEX S.R.L.**
   La comisión evaluadora **SUGIERE LA ADJUDICACIÓN** a la única oferta, presentada por la empresa **CODEX S.R.L.**, ya que se realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, y se corroboró que el mismo cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas.

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina I. y C.
IPS

- **Ítem 4: MICROSCOPIO NEUROQUIRÚRGICO CON NAVEGADOR**

1. **Empresa: DGR INTERNACIONAL S.R.L.**
La comisión evaluadora **SUGIERE LA ADJUDICACIÓN** del equipo ofertado por la empresa **DGR INTERNACIONAL S.R.L.**, ya que se realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, y se corroboró que el mismo cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas. La empresa presentó la oferta más baja.

2. **EMPRESA: CHARPENTIER**
La comisión evaluadora realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, y se corroboró que el mismo cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas.

- **Ítem 5: EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA PARA NEUROCIRUGÍA FUNCIONAL**

No se presentó ninguna oferta.

- **Ítem 6: FRONTOLUZ**

1. **EMPRESA: ALBATROS S.R.L.**
La comisión evaluadora **SUGIERE LA ADJUDICACIÓN** del equipo ofertado por la empresa **ALBATROS S.R.L.**, ya que se realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, y se corroboró que el mismo cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas. La empresa presentó la oferta más baja.

2. **Empresa: CATETERES Y AFINES S.A.**
La comisión evaluadora realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, y se verificó que el equipo ofertado **NO CUMPLE** con el requerimiento solicitado en el **ítem 6.2.5** *"Campo luminoso regulable 20 mm o menor a 100mm o mayor a una distancia de trabajo de 40 cm +/- 20%."*, la misma presenta un campo luminoso entre 35 mm y 70 mm.

- **Ítem 7: EQUIPO DE ESTEREOTÁXIA**

No se presentó ninguna oferta.

- **Ítem 8: EQUIPO ELECTROBISTURÍ PARA MONOBIPOLAR Y LIGASURE**

1. **Empresa: BBRAUN S.A.**
La comisión evaluadora realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, y se verificó que el equipo ofertado **NO CUMPLE** con los requerimientos solicitados en los siguientes **ítem 8.2.2** *"Al menos una salida para sellado de vasos."*, la misma empresa indica el no cumplimiento en la planilla de especificaciones técnicas presentada como respuestas a consultas realizadas por esta comisión, y el **ítem 8.3.5** *"Lápiz electroquirúrgico, cable 10' +/- 2 cm (4 unidades). (MODIFICADO en ADENDA 6)."*, la misma oferta un lápiz con cable de 3.5 m.

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

2. **EMPRESA: CODEX S.R.L.**
La comisión evaluadora **SUGIERE LA ADJUDICACIÓN** del equipo ofertado por la empresa **CODEX S.R.L.**, ya que se realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, y se corroboró que el mismo cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas.

- **Ítem 9: EQUIPO NEUROENDOSCOPIO CON FUENTE DE LUZ Y CÁMARA (MODIFICADO EN ADENDA 1).**

1. **Empresa: ALBATROS S.R.L.**
La comisión evaluadora **SUGIERE LA ADJUDICACIÓN** del equipo ofertado por la empresa **ALBATROS S.R.L.**, ya que se realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, y se corroboró que el mismo cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas. La empresa presentó la oferta más baja.

2. **Empresa: BBRAUN S.A.**
La comisión evaluadora realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo ofertado, y se verificó que el equipo ofertado **NO CUMPLE** con los requerimientos solicitados en los siguientes **ítem 9.2.1.6** *"El procesador debe poder comunicarse con los otros equipos de la Torre, como insuflador y la fuente de luz, para*

Ing. Daniel Maja
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y
IPS

*poder mostrar los parámetros de los mismos en la pantalla de visualización.*", la misma empresa indica el no cumplimiento en la planilla de especificaciones técnicas presentada como respuestas a consultas realizadas por esta comisión; el **ítem 9.2.5.7** "***CABLE DE LUZ DE FIBRA OPTICA***: *de 3 mm a 4 mm de diámetro y longitud de 180 cm a 250 cm. Cantidad: 01..*", la misma oferta un cable con diámetro de 4,8 mm.; el **ítem 9.2.8.1** "*Óptica de visión frontal con gran angular Hopkins de 6°, con ocular oblicuo de largo 18 cm (+/- 2cm), autoclavable. Con conductor de luz de fibra óptica incorporado y canal de trabajo de 2 a 3 mm de Ø y de aspiración de aspiración de 1,6 mm (+/- 0,2 mm). (MODIFICADO en ADENDA 10)*", la misma oferta ocular oblicuo de 15 cm.; el **ítem 9.2.8.2** "*Cable de fibra óptica de 230 cm (+ - 20cm) de largo y 3 a 4 mm de Ø*", la misma oferta diámetro de 4,8 mm; ocular oblicuo de 15 cm.; el **ítem 9.2.8.3** "*Vaina quirúrgica para ventriculoscopio graduada de 6.8 mm de Ø exterior y longitud útil de 13,3 cm como mínimo.*", la misma oferta diámetro de 4.8 mm; ocular oblicuo de 15 cm.; **ítem 9.2.8.5** "*Tijera puntiaguda con mango, abertura unilateral de Ø 2 mm, 30 cm (+/- 3 cm) de longitud útil. (MODIFICADO en ADENDA 10)*", la misma oferta longitud de 26,5 mm; **ítem 9.2.8.6** "*Pinza de biopsia con mango, abertura bilateral de Ø 2 mm, 30 cm (+/- 3 cm) de longitud útil como mínimo. (MODIFICADO en ADENDA 10)*", la misma oferta longitud de 26,5 mm; **ítem 9.2.8.7** "*Pinza para ventriculostomia con mango, flexible, 2 mm de Ø, 30 cm (+/- 3 cm) de longitud útil. (MODIFICADO en ADENDA 10)*", la misma oferta longitud de 26,5 mm; **ítem 9.2.8.8** "*Pinza de agarre con dientes, mandíbulas de acción simple, Ø 2 mm , 30 (+/- 3 cm) cm longitud útil. (MODIFICADO en ADENDA 10)*", la misma oferta longitud de 26.5 mm; **ítem 9.2.8.9** "*Pinza de agarre bipolar, con mango y mandíbulas planas, de Ø 2.4 mm. de longitud útil de 24 cm (+/- 3 cm) . Debe incluir vaina exterior, inserto de pinzas con un mínimo de 5 unidades para utilizar. (MODIFICADO en ADENDA 10)*", la misma oferta longitud de 19.5 mm; **ítem 9.2.8.10** "*Cable alta frecuencia bipolar, dos salidas tipo americano, largo 300 cms (+/- 30 cm), 28,5 mm distancia de los pins. (MODIFICADO en ADENDA 10)*", la misma oferta longitud de 400 cm; **ítem 9.2.8.11** "*Bisturí tipo guillotina, longitud útil 30 cm (+/- 2 cm) , de Ø 2,7 mm (+/- 0.2 mm) , debe incluir mango e inserto. (MODIFICADO en ADENDA 10)*", la misma oferta longitud de 26 mm; **ítem 9.2.8.12** "*Pinza de biopsia con mango, abertura unilateral, de Ø 2.7 mm (+/- 0,3 mm) , 30 cm (+/- 2 cm) longitud útil. (MODIFICADO en ADENDA 10)*", la misma oferta longitud de 26.5 mm; **ítem 9.2.8.14** "*Tijera de acción simple puntiaguda, tipo roma, de Ø 1.3 mm (+/- 0.15 mm) , 30 cm (+/- 3 cm) longitud útil. (MODIFICADO en ADENDA 10)*", la misma oferta diámetro de 1 mm y 25 cm de longitud; **ítem 9.2.8.15** "*Electrodo de coagulación bipolar, de Ø 1.7 mm (+/- 0,2 mm) , 30 cm (+/- 3 cm) longitud útil. (MODIFICADO en ADENDA 10)*", la misma oferta 25.5 cm de longitud: **ítem 9.2.8.16** "*Pinza para biopsia flexible, con abertura bilateral, Ø 1 mm y 30 cm (+/- 3 cm) de longitud útil. (MODIFICADO en ADENDA 10)*", la misma oferta 25 cm de longitud; **ítem 9.2.8.17** "*Pinza para ventriculostomia, flexible, Ø 1 mm, 30 cm (+/- 3 cm) de longitud útil, abertura bilateral. (MODIFICADO en ADENDA 10)*", la misma oferta 25 cm de longitud; **ítem 9.2.8.18** "*Herramienta de sujeción a mesa quirúrgica, autoclavable, con acople rápido, incluye zócalo giratorio: brazo articulado con rotación de 52 cm. a lo menos y mordaza de sujeción con rango mínimo de apriete entre 5 y 12 mm*", la misma oferta de 3 cm a 7,5 cm de longitud útil; e **ítem 9.2.8.19** "*Contenedor plástico, compatible con el equipo, para esterilización y almacenaje del Neuroendoscopio, con soporte para óptica angulada (hasta 10mm), de dimensiones exteriores mínimas de 50 x 25 x 8 cm. excluyente 1.20 Caja de plástico para esterilización y almacenaje de herramienta de sujeción, acorde al ofertado*", la misma oferta contenedores de dimensiones de 45.8 x 25,3 x 5,6 cm.

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

## RESUMEN DE PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

| ITEM | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCION | EMPRESA | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42294215-9999 | Drill/CraneotomoNeuroquirurgico | BBRAUN | BBRAUN / AESCULAP | ALEMANIA | 3 | 185.623.333 | 556.869.999 | |
| 1 | 42294215-9999 | Drill/CraneotomoNeuroquirurgico | ALBATROS | KARL STORZ | ALEMANIA | 3 | 192.300.000 | 576.900.000 | |
| 1 | 42294215-9999 | Drill/CraneotomoNeuroquirurgico | CATETERES Y AFINES | CONMED / LINVATEC | USA | 3 | 192.600.000 | 577.800.000 | Adjudicación |

Ing. [illegible] Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

| ITEM | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCION | EMPRESA | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42294215-9999 | Drill/CraneotomoNeuroquirurgico | GRUPO IBP | NOOUVAG | SUIZA | 3 | 318.333.334 | 955.000.002 | |
| 1 | 42294215-9999 | Drill/CraneotomoNeuroquirurgico | CODEX | MEDTRONIC | USA | 3 | 396.000.000 | 1.188.000.000 | |
| 2 | 42295123-002 | Aspirador ultrasónico neuroquirurgico | | | | 1 | | | Desierto |
| 3 | 42182310-9999 | Equipo de monitoreo neurofisiológico para electromiografia y potencial evocado | CODEX | MEDTRONIC | USA | 1 | 800.000.000 | 800.000.000 | Adjudicación |
| 4 | 42295121-001 | Microscopio neuroquirurgico con navegador | DGR | ZEISS | ALEMANIA | 1 | 2.382.900.000 | 2.382.900.000 | Adjudicación |
| 4 | 42295121-001 | Microscopio neuroquirurgico con navegador | CHARPENTIER | LEICA MICROSYSTEMS M530 OHX | ALEMANIA | 1 | 2.828.561.000 | 2.828.561.000 | |
| 5 | 42141805-003 | Equipo de radiofrecuencia para neurocirugía funcional | | | | 1 | | | Desierto |
| 6 | 42295009-001 | Frontoluz quirúrgico de luz fría | ALBATROS | KARL STORZ | ALEMANIA | 2 | 10.750.000 | 21.500.000 | Adjudicación |
| 6 | 42295009-001 | Frontoluz quirúrgico de luz fría | CATETERES Y AFINES | ECLERIS | USA | 2 | 11.000.000 | 22.000.000 | |
| 7 | 42291707-002 | Equipo de estereotaxia | | | | 1 | | | Desierto |
| 8 | 42291613-003 | Equipo electrobisturi para monobipolar y ligasure | BBRAUN | BBRAUN / AESCULAP | ALEMANIA | 1 | 50.000.000 | 50.000.000 | |
| 8 | 42291613-003 | Equipo electrobisturi para monobipolar y ligasure | CODEX | COVIDIEN | USA | 1 | 250.000.000 | 250.000.000 | Adjudicación |
| 9 | 42294944-998 | Equipo neuroendoscopio con fuente de luz y cámara | ALBATROS | KARL STORZ | ALEMANIA | 1 | 650.000.000 | 650.000.000 | Adjudicación |
| 9 | 42294944-998 | Equipo neuroendoscopio con fuente de luz y cámara | BBRAUN | BBRAUN / AESCULAP | ALEMANIA | 1 | 669.000.000 | 669.000.000 | |

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.J. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ada. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

| Ítem 1: Drill/CraneotomoNeuroquirurgico | | BBRAUN | | | ALBATROS | | | CATETERES Y AFINES | | | GRUPO IBP | CODEX | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Orden** | **Descripción** | **Datos proveídos por el oferente** | | | **Datos proveídos por el oferente** | | | **Datos proveídos por el oferente** | | | **Datos proveídos por el oferente** | **Datos proveídos por el oferente** | | |
| **1** | **Datos Generales** | **Cumple** | **Parámetros** | **Folio** | **Cumple** | **Parámetros** | **Folio** | **Cumple** | **Parámetros** | **Folio** | **Cumple** | **Cumple** | **Parámetros** | **Folio** |
| 1.1 | Descripción general: Instrumento quirúrgico para perforar o cortar el cráneo | | | | | | | | | | Empresa descalificada | | | |
| 1.2 | Marca: | | BRAUN / AESCULAP | | | Karl Storz | | | Conmed Linvatec | | | | Medtronic | |
| 1.3 | Modelo: | | ELAN 4 | | | UNIDRIVE S III NEURO | | | Coolflex | | | | Legend | |
| 1.4 | Origen: | | ALEMANIA | | | Alemania | | | EEUU | | | | USA | |
| 1.5 | Normas de calidad: FDA, CE, JIS. Al menos una de ellas | Cumple | Medical Device Directives 93/42/EEC and 2007/47/EC (MDD) | http://www.bbraunusa.com./7884.html | Cumple | FDA | Folio 59 y Hoja de respuestas a consultas | Cumple | FDA | Certificado FDA - Hoja de Respuestas | | Cumple | FDA | Folio 109 |
| 1.6 | Norma de calidad especifica: ISO 13485. | Cumple | ISO 13485 | www.bbraunusa.com./7884.html | Cumple | ISO 13485 | Folio 58 | Cumple | ISO 13485 | Certificado FM587783 | | Cumple | ISO 13485 | Folio 108 |
| 1.7 | Dirección Web del fabricante: | | www.bbraun.com | | | www.karlstorz.de | | | www.conmed.com | | | | www.medtronic.com | |
| **2** | **Descripción** | | | | | | | | | | | | | |

Ing. Ariel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Micro motor, para craneotomia con fuente de mando. Pieza de mano dos-en-uno (recto y angulado 20°) o dos piezas de mano (una recta y otra angulada 20°). Con sistema de refrigeración del motor. (MODIFICADO en ADENDA 6) | Cumple | Piezas de mano GA849 y GA861 | Pag. 10 Catalogo AESCULAP - ELAN 4. Respuestas a consultas | Cumple | Micromotor: High-Speed, máximo 60.000 rpm.<br><br>Pieza de mano: Pieza de mano del taladro High-Speed, larga acotada, 100.000 rpm.<br><br>Pieza de mano para craneótomo: velocidad de rotación máxima 60.000 rpm. | Folio 38 y Pag. 9 y 11 - Hoja de Respuestas a consultas | Cumple | Pieza de mano: dos en uno.<br><br>Refrigeración: Motor enfriado por líquido. | Folio 20 | | No se pudo corroborar el cumplimiento. | | La empresa no remitió el catalogo o nota de fabrica donde se pueda corroborar lo solicitado. |
| 2.2 | Sistema de Drill, RPM de 500 o menos a 70.000 o más, 50-60 Hz, retroalimentación electrónica, avance-reversa, nivel de sonido de 75 decibeles (+/- 15dB). [illegible] | Cumple | Movimiento: Avance y reversa | TIPO DE GIRO: Pag. 80 Catalago E AESCULAP - ELAN 4. (Primera tanda de respuestas) y RPM: Folio 005 (Pag. 55), NIVEL DE SONIDO: Folio 6 (Segunda tanda de Respuestas a consultas.) | No se pudo corroborar el cumplimiento. | Sistema Drill: Velocidad de giro regulable de forma continua: 1.000 a 60.000 rpm.<br><br>Velocidad de giro: hasta 100.000 rpm con la pieza de mano correspondiente. | La empresa no remitió el catalogo o nota de fabrica donde se pueda corroborar lo solicitado | Cumple | Nivel de sonido: 75 dB | Folio 20 / Presenta carta del fabricante. | | Cumple | 200 a 75.000 rpm y 60 db | Folio 31 y 8 - Respuestas a consultas |
| 2.3 | Consola 220 V apta para procedimientos de craneotomía, neurocirugía, columna y maxilofacial. | Cumple | Neurocirugía, cirugía otorrino, bucal y maxilofacial, ortopedia y cirugía traumática | Pag. 73 Catálogo AESCULAP - ELAN 4. Respuestas a consultas | Cumple | Alimentación de consola: 100-240VAC 50/60 Hz. | Folio 36 - dorso - Pagina 4, tipos de cirugiia | Cumple | | Pag 2 - Manual de instrucciones de los sistemas - Hoja de respuestas a consultas | | Cumple | | Folio 09 - Respuestas a consultas |
| 2.4 | Sistema de tubuladuras y cables de conexión incorporado con pedales de control | Cumple | Tubo de conexión: GA395SU<br><br>Cable de conexión: GA806<br><br>Mando de pedal: GA808 | Pag. 10, 11 y 15 Catalogo AESCULAP - ELAN 4. Respuestas a consultas | Cumple | Tubo de conexión de silicona.<br><br>Cable de conexión de 100 cm.<br><br>Interruptor de doble pedal. | Folio 36 - dorso y Folio 37 | Cumple | Interruptor de doble pedal. | Pág. 1 - Manual de usuario piezas de mano - Hoja de respuestas a consultas realizadas a la empresa. | | Cumple | Pedal multifuncion | Folio 04 - Respuestas a consultas |

Ing. [illegible] Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Kit de inserto para fresas de alta velocidad - Guarda fresa (duraprotector), tamaños: largo, mediano y pequeño (diez de cada tamaño) - y sistema de irrigación. (MODIFICADO en ADENDA 6) | Cumple | Guarda fresas GB941R, GB 942R y GB943R. | Pag. 14 Catálogo AESCULAP - ELAN 4. Respuestas a consultas / Fresas de Folio 000001 a 00008 | Cumple | Protector de duramadre: pediátrico, mediano y grande. | Folio 38 - dorso / Respuestas a consultas UNIDRIVE S III NEURO SCB U25 y U20 | Cumple | | Catago de Hall Coolflex / Aclaración realizada en hoja de respuestas. | | No se pudo corroborar el cumplimiento . | | La empresa no remitió el catalogo o nota de fabrica donde se pueda corroborar lo solicitado. |
| 2.6 | Alimentación eléctrica: 220 VAC/ 50 Hz | Cumple | Alimentación 220V | Pag. 10 Catalogo AESCULAP - ELAN 4. Respuestas a consultas | Cumple | Alimentación de consola: 100-240VAC 50/60 Hz. | Folio 36 - dorso | Cumple | | Manual de usario de consola | | Cumple | | Folio 11 - Respuestas a consultas |
| 2.7 | Cable de alimentación con toma tipo Schuko | Cumple | Euro power cable. 1.5 m | Pag. 40 Catalogo AESCULAP - ELAN 4. Respuestas a consultas | Cumple | Alimentación de consola: 100-240VAC 50/60 Hz. | Folio 36 - dorso | Cumple | | Manual de usario de consola | | Cumple | | Folio 11 - Respuestas a consultas |
| 2.8 | Caja de esterilización y carro de transporte | Cumple | Carro con asas: GN330<br><br>Caja de esterilización: ECCOS HOLDER | Carro con asas: Pag. 16 Catálogo AESCULAP - ELAN 4. (Primera tanda de respuestas) y Caja de esterlizacion: Folio 023 (Pag. 16). (Segunda tanda de Respuestas a consultas.) | Cumple | Bandeja de esterilizacion y carro de transporte. | Pagina U40 - UNIDRIVE S III NEURO SCB | Cumple | Carro de transporte: Controller stand. Caja de esterilizacion 5052-012 | Folio 21 y Hoja de respuestas en catalogo Osteon / ConMED | | Cumple | | Folio 15 - Respuestas a consultas |

Ing. Daniel Vera
Jefe de Seccion
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Mo. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

| ÍTEM 3: EQUIPO DE ELECTRONEUROMIOGRAFIA Y POTENCIAL EVOCADO | | CODEX | | |
|---|---|---|---|---|
| **Orden** | **Descripción** | **Datos proveídos por el oferente** | | |
| **1** | **Datos Generales** | **Cumple** | **Parámetros** | **Folio** |
| 1.1 | Descripción general: Equipo de uso médico para monitorear nervios durante operaciones quirúrgicas a fin de reducir el riesgo de lesiones en los mismos | | | |
| 1.2 | Marca: | | MEDTRONIC | |
| 1.3 | Modelo: | | NIM ECLIPSE | |
| 1.4 | Origen: | | USA | |
| 1.5 | Normas de calidad: FDA, CE, JIS. Al menos una de ellas | Cumple | FDA | www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf11/K112718.pdf |
| 1.6 | Norma de calidad específica: ISO 13485. | Cumple | ISO 13485 | www.medtronic.com/us.en/about/citienship/patient-safety.html |
| 1.7 | Dirección Web del fabricante: | | www.medtronic.com | |
| **2** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| 2.1 | Monitor de Potenciales Evocados y Electroneuromiografía de 32 canales para uso intraoperatorio. | Cumple | 32 Canales para neurofisiolgia | Folio 93 |
| 2.2 | Controlador del Sistema que proporcione el procesamiento de datos, generación de estimulación y procesamiento de sonido de actividad del la ENMG. | Cumple | | Folio 93 |
| 2.3 | Ordenador con software instalado. | Cumple | | Folio 93 |
| 2.4 | Modulo de interfaz de alta velocidad del paciente. | Cumple | | Folio 93 |
| 2.5 | Estimuladores. | Cumple | | Folio 93 |
| 2.6 | El controlador debe suministrar alimentación de CA conmutada al ordenador. | Cumple | | Manual Digital NIM ECLIPSE 7.2 |
| **3** | **PANEL POSTERIOR** | | | |
| 3.1 | El panel posterior debe contar con conectores para todos los componentes periféricos opcionales. | Cumple | | Manual Digital NIM ECLIPSE 7.2.1 |
| 3.2 | Interfaz de la CPU. | Cumple | | Folio 93 |
| 4 | **CARACTERÍSTICAS ESPECIALES** | | | |

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cáceres A.
Dirección Operativo de Contrataciones

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y T.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Debe permitir Monitoreo durante la Coagulación. | Cumple | Enmudece la interferencia del criocauterio | Folio 93 |
| 4.2 | Software de detección de artefactos durante el monitoreo. | Cumple | | Manual Digital NIM ECLIPSE 13.8.3 |
| 4.3 | Monitoreo continuo en tiempo real. | Cumple | | Folio 93 |
| 4.4 | Superposición importa de la señal al Microscopio Quirúrgico para visualización del cirujano. | Cumple | Salida VGA / VIDEO AGP | Manual Digital NIM ECLIPSE 7.3.2 |
| 4.5 | Alimentación eléctrica: 220 VAC/ 50 Hz | Cumple | | |
| 4.6 | Cable de alimentación con toma tipo Schuko | Cumple | | Folio 71 |
| **5** | **ACCESORIOS** | | | |
| 5.1 | Electrodos de aguja subcutáneos desechables | Cumple | | Folio 93 |
| 5.2 | Sondas de nervio directo | Cumple | | Folio 93 |
| 5.3 | Electrodos de superficie | Cumple | Electrodo de superficie para registro | Folio 93 |

| **ÍTEM 4: MICROSCOPIO NEUROQUIRURGICO CON NAVEGADOR** | | **DGR** | | | **CHARPENTIER** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Orden** | **Descripción** | **Datos proveídos por el oferente** | | | **Datos proveídos por el oferente** | | |
| **1** | **Datos Generales** | **Cumple** | **Parámetros** | **Folio** | **Cumple** | **Parámetros** | **Folio** |
| 1.1 | Descripción general: Microscopio quirúrgico para neurocirugía, con co-observador estereoscópico y fluorescencia intraoperatoria | | | | | | |
| 1.2 | Marca: | | Zeiss | | | Leica | |
| 1.3 | Modelo: | | Opmi Pentero 900 | | | M530 OHX con Fusionoptics | |
| 1.4 | Origen: | | Alemania | | | Alemania | |
| 1.5 | Normas de calidad: FDA, CE, JIS. Al menos una de ellas | Cumple | CE | 26 | Cumple | CE | Folio 39 |
| 1.6 | Norma de calidad especifica: ISO 13485. | Cumple | ISO 13485 | 34 | Cumple | FDA | www.leica-microsystems.com/company/certificates/ |
| 1.7 | Dirección Web del fabricante: | | www.meditec.zeiss.com | | | www.leica-microsystems.com | |

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **MICROSCOPIO** | | | | | | |
| 2.1 | Ópticas apocromáticas en todo el sistema óptico del microscopio | Cumple | Opticas apocromaticas | Folio 17 | Cumple | Opticas apocromaticas | Folio 43 |
| 2.2 | Distancia focal continuamente electronicamente ajustable entre 250 mm (o menor) y 500 mm (o mayor). (MODIFICADO en ADENDA 6) | Cumple | 200 a 500mm | Folio 24 | Cumple | 225 a 600 mm | Folio 48 |
| 2.3 | Sistema de zoom motorizado con factor regulable | Cumple | Zoom motorizado | Folio 24 | Cumple | Accionado por motor | Folio 39 |
| 2.4 | Tubo binocular inclinable con rotación de 200° (o mayor). (MODIFICADO en ADENDA 6) | Cumple | Rotación de 360 | Respuestas a consultas | Cumple | 540 | Folio 48 |
| 2.5 | Oculares de campo amplio: 10X ó 12.5X | Cumple | 10X | Folio 24 | Cumple | 10x y 12,5x | Folio 48 |
| 2.6 | Sistema de autofoco con guía por puntero láser u otro sistema de autofoco. (MODIFICADO en ADENDA 1 | Cumple | Autofocus | Folio 24 | Cumple | Speedspot | Folio 48 |
| 2.7 | Microscopio de asistente estereoscópico | Cumple | Tubo de co observación | Folio 19 | Cumple | | Folio 48 |
| 2.8 | Sistema automático de optimización de la profundidad de campo a través de un diafragma controlado manual o electrónicamente. (MODIFICADO en ADENDA 1 | Cumple | Función preferencia individual | Folio 19 | Cumple | | Folio 48 |
| **3** | **ILUMINACIÓN** | | | | | | |
| 3.1 | Iluminación coaxial diafragmable en forma continua de un canal o más. (MODIFICADO en ADENDA 1 | Cumple | Ajustes de luz | Folio 19 | Cumple | | Folio 47 |
| 3.2 | Iluminación por medio de fibras ópticas con doble lámpara de xenón con sistema de recambio rápido. Incluir 2 (dos) lámparas adicionales de repuesto | Cumple | Superlux | Folio 24 | Cumple | Sistemas de lampara arco xenon | Folio 48 |
| 3.3 | Control automático de la intensidad de luz en función de la distancia focal. | Cumple | Focus Light Link | Folio 24 | Cumple | Regulación automática de brillo | Folio 48 |
| 3.4 | Indicador del tiempo de uso restante de las lámparas o indicar tiempo de uso de las lámparas. (MODIFICADO en ADENDA 6) | Cumple | Visualizador de duración restante de vida de lampara | Folio 24 | Cumple | Luxometer for consistent lighting | www.leica-microsystems.com/fileadmin/downloads/Leica%20HD%20C100/Brochures/Leica_HDC%20100_2015_en.pdf |
| **4** | **SISTEMA** | | | | | | |

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Mangos de control multifuncionales programables | Cumple | Empuñaduras multifuncionales programables | Folio 24 | Cumple | Empuñaduras de pistolas programables | Folio 48 |
| 4.2 | Sistema de frenos magneticos para todos los brazos del soporte | Cumple | Acoplamientos magneticos para todos los ejes | Folio 24 | Cumple | Frenos electromagnéticos | Folio 48 |
| 4.3 | Movimiento en los tres ejes con velocidad variable. Vertical +/- 225° (o más). Lateral +/- 40° (o más). Anterior-Posterior +120° / -30° (o más). (MODIFICADO CON ADENDA 1) | Cumple | 225. 40 y 140 :- 30 | Folio 22 | Cumple | | Folio 48 |
| 4.4 | Sistema de autobalance del conjunto soporte-microscopio | Cumple | Autobalance | Folio 24 | Cumple | Equilibrado | Folio 48 |
| 4.5 | Interruptor de manos libres para balanceo fino | Cumple | Switch de boca | Folio 20 | Cumple | | Folio 8 |
| 4.6 | Monitor táctil de alta definición (HD) de 19 pulgadas o mayor. (MODIFICADO CON ADENDA 1) | Cumple | 22" | Folio 24 | Cumplie | | Folio 7 y 8 |
| 4.7 | Programación de la configuración para múltiples usuarios a través de menú de opciones en español. | Cumple | Ajustes preconfigurados | Folio 20 | Cumple | | Pag. 39 manual de usuario |
| 4.8 | Cámara de video integrada en el microscopio de alta definición (HD) de 3-CMOS | Cumple | Camara 3 CMOS | Folio 24 | Cumple | | www.leica-microsystems.com/fileadmin/downloads/Leica%20HD%20C100/Brochures/Leica_HDC%20100_2015_en.pdf |
| 4.9 | Sistema de grabación de video en alta definición (HD) integrado al microscopio con capacidad de edición | Cumple | Grabación y edición integradas en HD | Folio 24 | Cumple | | Folio 48 |
| 4.10 | Almacenamiento de las imágenes grabadas en disco rígido y en medios extraíbles con conexión USB | Cumple | Grabación de imagen en HDD y USB | Folio 24 | Cumple | Preparada para la integración de un sistema de videocamara y de un sistema de grabación digital | Folio 40 |

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 | Entrada de video para visualización de imágenes de diagnóstico auxiliares (endoscopias) por el cirujano y su co observador en sus binoculares o desplegadas en el monitor. MODIFICADO en ADENDA I | Cumple | Entrada auxiliar para fuentes de video | Folio 24 | Cumple | Preparada para la integración de un sistema de videocamara y de un sistema de grabación digital | Folio 40 |
| 4.12 | Interface para navegadores quirúrgicos | Cumple | Interfaz de navegación | Folio 24 | Cumple | | Folio 40 |
| 4.13 | Interface para micro manipuladores de sondas de láser | Cumple | Micromanipulador | Folio 24 | Cumple | SpeedSpot | Folio 48 |
| 4.14 | Cobertores estériles descartables con lente que cubra el objetivo del microscopio sin afectar la claridad óptica del conjunto. 500 (quinientas) unidades. | Cumple | Tecnologia VisionGuard | Folio 20 | Cumple | | Folio 40 |
| 4.15 | Fluorescencia intraoperatoria Azul para diferenciación de tejidos sanos y enfermos (gliomas malignos). | Cumple | Blue 400 | Folio 24 | Cumple | | Folio 46 |
| 4.16 | Fluorescencia intraoperatoria Infrarroja para la visualización de video angiografías intraoperatorias | Cumple | INFRARED 800 con FLOW 800 | Folio 24 | Cumple | | Folio 46 |
| 4.17 | Deberá contar con software de neuronavegación. (AGREGADO en ADENDA I | Cumple | Interfaz de navegación | Folio 24 | Cumple | | Folio 46 |
| **5** | **OTRAS CARACTERÍSTICAS** | | | | | | |
| 5.1 | Base con ruedas giratorias con trabas de dirección, protectores de cables. Freno de la base de accionamiento y liberación a pedal. | Cumple | Ruedas giratorias, protector de cable, freno de base, con accionamiento y liberación a pedal | Folio 22 | Cumple | | Folio 40 |
| 5.2 | Cobertores contra polvo geométricamente similar a la superficie externa del equipo | Cumple | | Folio 13 | Cumple | | Folio 40 |
| 5.3 | UPS adecuada para los equipos ofertados con toma de alimentación tipo Schuko | Cumple | | Folio 13 | Cumple | | Folio 40 |
| 5.4 | Alimentación eléctrica: 220 VAC/ 50 Hz | Cumple | | Folio 22 | Cumple | | Folio 40 |
| 5.5 | Cable de alimentación con toma tipo Schuko | Cumple | | Folio 13 | Cumple | | Folio 40 |

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

| ÍTEM 6: FRONTOLUZ | | ALBATROS | | | CATETERES Y AFINES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orden | Descripción | Datos proveídos por el oferente | | | Datos proveídos por el oferente | | |
| 1 | Datos Generales | Cumple | Parámetros | Folio | Cumple | Parámetros | Folio |
| 1.1 | Descripción general: Frontoluz quirúrgico de luz fria | | | | | | |
| 1.2 | Marca: | | Karl Storz | | | Ecleris | |
| 1.3 | Modelo: | | 094100 - 094130 | | | Head Lux | |
| 1.4 | Origen: | | Alemania | | | EEUU | |
| 1.5 | Normas de calidad: FDA. CE. JIS. Al menos una de ellas | Cumple | FDA | Folio 58 | Cumple | CE | https://online.abena.dk/Product/Pdf/226298?type=Brugsanvisning |
| 1.6 | Norma de calidad especifica: ISO 13485. | Cumple | ISO 13485 | Folio 58 | Cumple | ISO 13485 | www.ecleris.com/cert/MED-0181a%20ISO13485-2003.pdf |
| 1.7 | Dirección Web del fabricante: | | www.karlstorz.de | | | www.ecleris.com | |
| 2 | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 2.1 | Banda craneal ligera, flexible, acolchada. Ajustable en ancho y altura para correcta fijación en la cabeza. | Cumple | | Folio 41 | Cumple | | Folio 26 |
| 2.2 | Iluminación con lámpara de estado sólido (LED). | Cumple | LED | Folio 41 dorso | Cumple | | Folio 25 |
| 2.3 | Temperatura de color 5.500o Kelvin o superior (luz blanca). | Cumple | Luz blanca | Folio 41 dorso | Cumple | 6000 | Folio 25 |
| 2.4 | Vida útil de la lámpara: 15.000 horas como mínimo. | Cumple | 50000 | Folio 41 | Cumple | 50000 | Folio 25 |
| 2.5 | Campo luminoso regulable 20 mm o menor a 100mm o mayor a una distancia de trabajo de 40 cm +/- 20%. | Cumple | 10-100 mm a 40 cm | Folio 41 dorso | No cumple | 35 - 70 mm | Folio 26 |
| 2.6 | Iluminación vertical ajustable. | Cumple | | Folio 41 | Cumple | | Folio 26 |
| 2.7 | Batería recargable incorporada a la cinta craneal con autonomía de al menos 2 horas. | Cumple | 18 hs | Folleto endowo rld ORI. 139 4.0 | Cumple | 10 hs | Folio 25 |
| 2.8 | Fuente de alimentación con cable de al menos 1,5 m para cargar la batería y que permita utilizar el equipo directamente con alimentación eléctrica de 220 Vac ±10%, 50 Hz. | Cumple | Cable de red | Folio 41 | Cumple | | Folio 25 |

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas
Dpto. de Gestión Operativa de Contrataciones

| ÍTEM 8: EQUIPO ELECTROBISTURÍ PARA MONOBIPOLAR Y LIGASURE | | BBRAUN | | | CODEX | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orden | Descripción | Datos proveídos por el oferente | | | Datos proveídos por el oferente | | |
| 1 | Datos Generales | Cumple | Parámetros | Folio | Cumple | Parámetros | Folio |
| 1.1 | Descripción general: Frontoluz quirúrgico de luz fría | | | | | | |
| 1.2 | Marca: | | Aesculap | | | COVIDIEN | |

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Modelo: | | Nelson | | | FORCE TRIAD | |
| 1.4 | Origen: | | Alemania | | | USA | |
| 1.5 | Normas de calidad: FDA, CE, JIS. Al menos una de ellas | Cumple | IEC - 93/42/EEC | www.aesculapusa.com/assets/base/doc/ISOCerts/EC_Ahn_II_GI040410066.pdf | Cumple | FDA | www.medtronic.com/content/dam/covidien/Websites/covidien/com/surgical/valleylab-exchange/forcetriad-software/valleylab-exchange-update-system-faq.pdf |
| 1.6 | Norma de calidad específica: ISO 13485. | Cumple | ISO 13485 | https://www.aesculapusa/assets/base/doc/ISOCerts/ISO_13485-2016_Aesculap_AG.pdf | Cumple | ISO 13485 | Folio 107 |
| 1.7 | Dirección Web del fabricante: | | www.bbraun.com | | | www.medtronic.com | |
| **2** | **DESCRIPCIÓN** | | | | | | |
| 2.1 | Al menos una salida bipolar. | Cumple | Generador monopolar | Respuestas a consultas Folio 2 | Cumple | Modo bipolar | Folio 101 |
| | Al menos una salida monopolar. | Cumple | Generador bipolar | Respuestas a consultas Folio 2 | Cumple | Modo monopolar | Folio 101 |
| 2.2 | Al menos una salida para sellado de vasos. | No cumple | Indican incumplimiento en especificaciones tecnicas presentadas. | Respuestas a consultas - Planilla de Especificaciones Técnicas | Cumple | Ligasure | Folio 102 |
| 2.3 | Activación mediante interruptor manual y pedal. | Cumple | Empuñadura y Pedal | Respuestas a consultas Folio 2 | Cumple | Pedal dedicado | Folio 106 |
| 2.4 | Frecuencia del equipo mayor 400 Khz. | | | | Cumple | 472 KHz | Folio 104 |
| 2.5 | Modo Bipolar coagulación ó Bipolar estándar: 65 W ó mayor | Cumple | 80W | Respuestas a consultas Folio 3 | Cumple | 95W | Folio 104 |
| 2.6 | Sistema auto bipolar de accionamiento automático ó manual. | Cumple | Accinoamiento por pedal | Respuestas a consultas Folio 3 | Cumple | Autobipolar | Folio 104 |
| 2.7 | Alimentación de 220 Vac ±10%, con toma tipo Schuko. | Cumple | Entre 220 V y 240 V | Respuestas a consultas Folio 3 | Cumple | 220V Schuko | Folio 101 |
| **3** | **PINZAS** | | | | | | |
| 3.1 | Pinza bipolar de 18 cm +/- 2 cm (4 unidades). (MODIFICADO en ADENDA 6) | Cumple | 16 cm | Respuestas a consultas Folio 4 | Cumple | 19.7 cm | Respuestas a consultas - Folio 2 |
| 3.2 | Pinza bipolar de 27 cm +/- 2 cm (4 unidades). (MODIFICADO en ADENDA 6) | Cumple | 25 cm | Respuestas a consultas Folio 4 | Cumple | 25 cm | Respuestas a consultas - Folio 5 |

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ada. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Pinza bipolar de 23 cm +/- 2 cm (4 unidades). (MODIFICADO en ADENDA 6) | Cumple | 23 cm | Respuestas a consultas Folio 4 | Cumple | 22.2 cm | Respuestas a consultas - Folio 2 |
| 3.4 | Pinza bipolar de 28 cm +/- 2 cm (4 unidades). (MODIFICADO en ADENDA 6) | Cumple | 30 cm | Respuestas a consultas Folio 4 | Cumple | 28 cm | Respuestas a consultas - Folio 6 |
| 3.5 | Lápiz electroquirúrgico, cable 10' +/- 2 cm (4 unidades). (MODIFICADO en ADENDA 6) | No cumple | 3.5 m | Respuestas a consultas Folio 5 | Cumple | 10' | Respuestas a consultas - Folio 4 |
| 3.6 | Lápiz electroquirúrgico, cable 15' +/- 2 cm (4 unidades). (MODIFICADO en ADENDA 6) | Cumple | 4.5 m | Respuestas a consultas Folio 5 | Cumple | 15' | Respuestas a consultas - Folio 4 |

| ÍTEM 9: EQUIPO NEUROENDOSCOPIO CON FUENTE DE LUZ Y CÁMARA (MODIFICADO EN ADENDA 1) | | ALBATROS | | | B.BRAUN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Orden** | **Descripción** | **Datos proveídos por el oferente** | | | **Datos proveídos por el oferente** | | |
| **1** | **Datos Generales** | **Cumple** | **Parámetros** | **Folio** | **Cumple** | **Parámetros** | **Folio** |
| 1.1 | Descripción: Equipo neuroendoscopio con fuente de luz y cámara | | | | | | |
| 1.2 | Marca: | | Karl Storz | | | B.Braun | |
| 1.3 | Modelo: | | N/A | | | Neuroendoscopy - MINOP | |
| 1.4 | Origen: | | Alemania | | | Alemania | |
| 1.5 | Dirección Web del fabricante: | | www.karlstorz.com | | | www.bbraun.com | |
| 1.6 | Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas | Cumple | CE | Folio 49 (reverso) | Cumple | Medical Device Directives 93/42/EEC and 2007/47/EC (MDD) | http://www.bbraunusa.com./7884.html |
| 1.7 | Normas de calidad generales: ISO 13485. | Cumple | ISO 13485:2012 | Folio 58 | Cumple | ISO 13485 | http://www.bbraunusa.com./7884.html |
| **2** | **DESCRIPCIÓN** | | | | | | |
| 2.1.1 | PROCESADOR DE IMAGENES ENDOSCÓPICAS FULL HD. Con capacidad de resolución de 1920 x 1080 pixeles en escaneo progresivo. | Cumple | 1920 x 1080 | Folio 45 (reverso) | Cumple | 1920 x 1080p | Pág. 4 |
| 2.1.2 | Con modulo de grabación(podrá ser integrado o como equipo separado). capacidad de almacenar Fotos y Videos en calidad FULL HD en memoria USB. La grabación podrá accionarse desde el cabezal de la cámara. (MODIFICADO en ADENDA 1) | Cumple | | Folio 46 | Cumple | | Pág. 13 |
| 2.1.3 | La activación de la grabación debe ser posibledesde el cabezal de cámara. | Cumple | | Folio 46 (reverso) | Cumple | | Pág. 13 |
| 2.1.4. | El procesador debe contar con al menos tres filtros digitales integrados que permitan: | | | | | | |
| 2.1.4.1 | 1)Posibilitar unificar iluminación de la cavidad aunque se generen sombras, de forma digital. (MODIFICADO en ADENDA 10) | Cumple | | Folio 47 | Cumple | | Pág. 4 |

Instituto de Previsión Social
Lic. Oscar Mo. Ortiz A.
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y
IPS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.4.2 | 2) Permitir al usuario poder distinguir con claridad la transición entre distinto tipos de tejidos. (MODIFICADO en ADENDA 10) | Cumple | | Folio 47 | Cumple | | Pág. 4 |
| 2.1.4.3 | 3) Permitir distinguir mejor las estructuras rojas más pequeñas como vasos sanguíneos y mucosa. (MODIFICADO en ADENDA 10) | Cumple | | Folio 47 | Cumple | | Pág. 4 |
| 2.1.5 | El procesador debe permitir además, mostrar en el monitor, al mismo tiempo. tanto la imagen estándar, como la imagen con alguno de los filtros digitales aplicados. | Cumple | | Folio 47 (reverso) | Cumple | | Pág. 4 |
| 2.1.6 | El procesador debe poder comunicarse con los otros equipos de la Torre, como insuflador y la fuente de luz, para poder mostrar los parámetros de los mismos en la pantalla de visualización. | Cumple | | Folio 47 (reverso) | No cumple | Planilla de especificaciones | Pag. 45 - Planilla de especificaciones presentada en las respuestas a consultas. |
| **2.2** | **CABEZAL DE CAMARA** | | | | | | |
| 2.2.1 | De 3 Chip CCD 16:9 de 1/3", 1920 x 1080 pixel por chip o mejor, lente interna con zoom óptico parafocal. (MODIFICADO en ADENDA 10 | Cumple | | Folio 49 | Cumple | | Pág. 4 |
| 2.2.2 | Resolución de la imagen de 1920 x 1080 pixeles o mejor, en escaneo progresivo (FULL HD). (MODIFICADO en ADENDA 10 | Cumple | | Folio 49 | Cumple | | Pág. 4 |
| 2.2.3 | Al menos 2 botones de cabezal de cámara programables.(MODIFICADO en ADENDA 10 | Cumple | 2 botones | Folio 45 (reverso) | Cumple | 4 botones | Pág. 4 |
| 2.2.4 | Debe contar con el grado de protección de tipo "Cardiac flowting desfribrilation Proof" de acuerdo a la norma IEC 60601-2-18, para la protección del paciente como del equipo, demostrando e indicando en el catálogo que debe ser adjuntado a la oferta. | Cumple | | Folio 49 (reverso) | Cumple | | Pág. 4 |
| 2.2.5 | Esterilizable por gas y plasma o autoclave. (MODIFICADO en ADENDA 10 | Cumple | | Folio 45 (reverso) | Cumple | Óxido de etileno | Pág. 2 |
| **2.3** | **MONITOR PANTALLA LCD FULL HD** | | | | | | |

Instituto de Previsión Social
Dpto. Gestión Adm. Contrat. A.
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1 | De 26" como mínimo, sistema color PAL/NTSC, formato 16:10, grado médico, con pie de apoyo. | Cumple | 27" | Folio 51 | Cumple | 26" | Pág. 18 |
| 2.3.2 | Resolución de 1920 x 1080 pixeles o mejor. (MODIFICADO en ADENDA 10 | Cumple | 1920 x 1080 | Folio 51 | Cumple | | Pág. 18 |
| **2.5** | **FUENTE DE LUZ LED** | | | | | | |
| 2.5.1 | De 175 Watt o mejor. | Cumple | 175 W | Folio 51 (reverso) | Cumple | | Pág. 9 |
| 2.5.2 | Regulación de intensidad de la luz seleccionable en al menos 18 niveles. | Cumple | 20 niveles | Folio 51 (reverso) | Cumple | Contínuo | Pág. 9 |
| 2.5.3 | Temperatura de color de 6300 Kelvin como mínimo. | Cumple | 6400 K | Folio 51 (reverso) | No se especifica temperatura de color | Colores verdaderos | Pág. 9 |
| 2.5.4 | Duración de la vida útil de la lámpara de más de 28.000 hs. como mínimo. | Cumple | 30000 h | Folio 51 (reverso) | No se especifica duración de vida útil de la lámpara | | Pág. 9 |
| 2.5.5 | Voltaje de 220 Volt. | Cumple | | Folio 51 (reverso) | Cumple | | Pág. 9 |
| 2.5.6 | Funcionamiento económico gracias al ajuste preciso de la luminosidad. | Cumple | | Folio 51 (reverso) | Cumple | | Pág. 9 |
| 2.5.7 | CABLE DE LUZ DE FIBRA OPTICA: de 3 mm a 4 mm de diámetro y longitud de 180 cm a 250 cm. Cantidad: 01. | Cumple | 3.5 mm y 230 cm | Folio 52 | No cumple | 4,8 mm | Pag. 12 - Catalogo de respuestas a consultas |
| **2.6** | **CARRO DE TRANSPORTE** | | | | | | |
| 2.6.1 | Totalmente compatible con los bienes ofertados en este Item | Cumple | | Pag. 3 - Respuestas a consultas | Cumple | | Pag. 34 - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.6.2 | Con paneles divisores para los equipos | Cumple | | Pag. 3 - Respuestas a consultas | Cumple | Endoscopy carts | Pag. 34 - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.6.3 | Cuatro ruedas antideslizantes de 10 cm de diámetro, dos ruedas con bloqueador. | Cumple | 100 mm | Pag. 3 - Respuestas a | Cumple | | Pag. 35 - Catalogo de |

Instituto de Previsión Social
Dirección General de Contrataciones

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | consultas | | | respuestas a consultas |
| 2.6.4 | Panel de enchufes con tomas schuko y tipo americano, cantidad necesaria para todos los equipos, con cable de conexión de aproximadamente 5 metros. | Cumple | | Pag. 3 - Respuestas a consultas | Cumple | | Pag. 34 - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.6.5 | Pintura anticorrosiva, gavetas con cierre para instrumentales y paneles divisores necesarios para todos los equipos. | Cumple | | Pag. 3 - Respuestas a consultas | Cumple | Endoscopy carts | Pag. 34 - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.6.6 | UPS, adecuado para los equipos ofertados. | Cumple | | Pag. 3 - Respuestas a consultas | Cumple | | Catalogo 2 - Respuestas a consultas |
| **2.7** | **Electrobisturí de 200 Watts** | | | | | | |
| 2.7.1 | Totalmente compatible con los bienes ofertados en este ítem. | Cumple | | Folio 53 | Cumple | | Pag.4 - Neslon deluxe - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.7.2 | Equipo Monopolar y Bipolar para todas las aplicaciones quirúrgicas. | Cumple | | Folio 52 (reverso) | Cumple | 2 salidas monopolares y 2 salidas bipolares | Pag.4 - Neslon deluxe - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.7.3 | Potencia nominal de alta frecuencia: - Corte Power-Cut (unipolar): 220W/500 ohmios - Coagulación Standard- Coag (Unipolar): 120W/50 ohmios, Forced-Coag (unipolar): 120W/500 ohmios Standard-Coag (bipolar): 120W/75 ohmios, o mejor. | Cumple | | Folio 53 | Cumple | 2 salidas monopolares y 2 salidas bipolares | Pag.4 - Neslon deluxe - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.7.4 | Grado de coagulación (efecto) preseleccionable a varios niveles: | Cumple | | Folio 52 (reverso) | Cumple | | Pag.4 - Neslon deluxe - Catalogo de respuestas a consultas |

Ing. [illegible]
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Lic. Olivia M. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7.5 | Funciona autostart en coagulación bipolar: activación automática de la corriente de coagulación, cuando el electrodo de coagulación toca el tejido con ambas ramas | Cumple | | Folio 52 (reverso) | Cumple | 2 salidas monopolares y 2 salidas bipolares | Pag.41 - Neslon deluxe - Catalogo online - https://www.aesculapusa.com/assets/base/doc/DOC1013_Rev_F-Neuroendoscopy_Brochure.pdf |
| 2.7.6 | Las conexiones modulares para utilización unipolar y bipolar deben ser seleccionables según las necesidades individuales debe Incluir: Interruptor de doble pedal. | Cumple | | Folio 53 (reverso) | Cumple | Pedal doble | Pag. 14 - Neslon deluxe - Catalogo de respuestas a consultas |
| **2.8** | **ACCESORIOS** | | | | | | |
| 2.8.1 | Óptica de visión frontal con gran angular Hopkins de 6°. con ocular oblicuo de largo 18 cm (+/- 2cm). autoclavable. Con conductor de luz de fibra óptica incorporado y canal de trabajo de 2 a 3 mm de Ø y de aspiración de aspiración de 1.6 mm (+/- 0.2 mm). (MODIFICADO en VALENCIA) | Cumple | | Folio 54 (reverso) | No cumple | 15 cm | Pag. 1/38 - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.8.2 | Cable de fibra óptica de 230 cm (+/- 20cm) de largo y 3 a 4 mm de Ø | Cumple | | Folio 54 (reverso) | No cumple | 4,8 mm | Pag. 2/38 - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.8.3 | Vaina quirúrgica para ventriculoscopio graduada de 6.8 mm de Ø exterior y longitud útil de 13,3 cm como mínimo. | Cumple | | Folio 54 (reverso) | No cumple | 6 mm | Pag. 1/38 - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.8.4 | Obturador para vaina quirúrgica | Cumple | | Folio 54 (reverso) | Cumple | | Pag. 1/38 - Catalogo de respuestas a consultas |

Ing. Raúl Vera
Jefe de Seccion
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Lic. Olga Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8.5 | Tijera puntiaguda con mango. abertura unilateral de Ø 2 mm, 30 cm (+/- 3 cm) de longitud útil. (MODIFICADO en ADENDA 10 | Cumple | | Folio 54 (reverso) | No cumple | 26,5 cm de longitud útil | Pag. 3/38 - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.8.6 | Pinza de biopsia con mango, abertura bilateral de Ø 2 mm, 30 cm (+/- 3 cm) de longitud útil como mínimo. (MODIFICADO en ADENDA 10 | Cumple | | Folio 54 (reverso) | No cumple | 26,5 cm de longitud útil | Pag. 5/38 - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.8.7 | Pinza para ventriculostomia con mango, flexible, 2 mm de Ø, 30 cm (+/- 3 cm) de longitud útil. (MODIFICADO en ADENDA 10 | Cumple | | Folio 54 (reverso) | No cumple | 26,5 cm de longitud útil | Pag. 7/38 - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.8.8 | Pinza de agarre con dientes. mandíbulas de acción simple. Ø 2 mm . 30 (+/- 3 cm) cm longitud útil. (MODIFICADO en ADENDA 10 | Cumple | | Folio 54 (reverso) | No cumple | 26,5 cm de longitud útil | Pag. 9/38 - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.8.9 | Pinza de agarre bipolar. con mango y mandíbulas planas. de Ø 2.4 mm. de longitud útil de 24 cm (+/- 3 cm) . Debe incluir vaina exterior, inserto de pinzas con un mínimo de 5 unidades para utilizar. (MODIFICADO en ADENDA 10 | Cumple | | Folio 54 (reverso) | No cumple | 19,5 cm de longitud útil | Pag.11/38 - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.8.10 | Cable alta frecuencia bipolar, dos salidas tipo americano. largo 300 cms (+/- 30 cm) , 28,5 mm distancia de los pins. (MODIFICADO en ADENDA 10) | Cumple | | Folio 54 (reverso) | No cumple | 400 cm | Pag.13/38 - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.8.11 | Bisturí tipo guillotina, longitud útil 30 cm (+/- 2 cm) , de Ø 2.7 mm ( +/- 0,2 mm) , debe incluir mango e inserto. (MODIFICADO en ADENDA 10) | Cumple | | Folio 54 (reverso) | No cumple | 26 cm de longitud útil | Pag. 5/38 - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.8.12 | Pinza de biopsia con mango, abertura unilateral, de Ø 2.7 mm (+/- 0.3 mm) . 30 cm (+/- 2 cm) longitud útil. (MODIFICADO en ADENDA 10) | Cumple | | Folio 54 (reverso) | No cumple | 26,5 cm de longitud útil | Pag.15/38 - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.8.13 | Tijera puntiaguda, mordazas levemente acodadas, abertura bilateral de Ø 1.7 mm (+/- 0,7 mm) , 30 cm (+/- 1 cm) longitud útil. (MODIFICADO en ADENDA 10) | Cumple | | Folio 54 (reverso) | Cumple | | Pag. 16/38 - Catalogo de respuest |

Instituto de Previsión Social
Ing. Oliver Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | as a consultas |
| 2.8.14 | Tijera de acción simple puntiaguda, tipo roma, de Ø 1.3 mm (+/- 0,15 mm) , 30 cm (+/- 3 cm) longitud útil. (MODIFICADO en ADENDA 10 | Cumple | | Folio 54 (reverso) | No cumple | D= 1 mm y 25 cm de longitud útil | Pag.18/38 - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.8.15 | Electrodo de coagulación bipolar, de O 1.7 mm (+/- 0,2 mm) , 30 cm (+/- 3 cm) longitud útil. (MODIFICADO en ADENDA 10 | Cumple | | Folio 54 (reverso) | No cumple | 25,5 cm de longitud útil | Pag. 20/38 - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.8.16 | Pinza para biopsia flexible, con abertura bilateral, Ø 1 mm y 30 cm (+/- 3 cm) de longitud útil. (MODIFICADO en ADENDA 10 | Cumple | | Folio 54 (reverso) | No cumple | 25 cm de longitud útil | Pag. 21/38 - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.8.17 | Pinza para ventriculostomia, flexible, Ø 1 mm, 30 cm (+/- 3 cm) de longitud útil, abertura bilateral. (MODIFICADO en ADENDA 10 | Cumple | | Folio 54 (reverso) | No cumple | 25 cm de longitud útil | Pag. 22/38 - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.8.18 | Herramienta de sujeción a mesa quirúrgica, autoclavable, con acople rápido, incluye zócalo giratorio; brazo articulado con rotación de 52 cm. a lo menos y mordaza de sujeción con rango mínimo de apriete entre 5 y 12 mm | Cumple | | Folio 54 (reverso) | No cumple | 3 a 7,5 cm de longitud útil | Pag. 24-26/38 - Catalogo de respuestas a consultas |
| 2.8.19 | Contenedor plástico, compatible con el equipo, para esterilización y almacenaje del Neuroendoscopio, con soporte para óptica angulada (hasta 10mm). de dimensiones exteriores mínimas de 50 x 25 x 8 cm. excluyente 1.20 Caja de plástico para esterilización y almacenaje de herramienta de sujeción. acorde al ofertado | Cumple | | Folio 54 (reverso) | No cumple | Dimensiones 45,8 x 25,3 x 5,6 cm | Pag. 29/38 - Catalogo de respuestas a consultas |

Ing. Jhiel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Dirección Operativa de Contrataciones

## 10. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION FORMAL:

| A. Documentos legales<br>Oferentes Individuales. Personas Jurídicas. | CODEX S.R.L. | CHARPENTIER S.R.L. | ALBATROS S.A.C.I. | B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. | GRUPO IPB S.A. | DGR INTERNACIONAL S.R.L. | CATETERES Y AFINES S.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.* | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| a. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| b. Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| c. Patente Municipal vigente | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante. tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| e. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. * | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| f. Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| g. Fotocopia simple Certificado de Cumplimiento Tributario vigente. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **B. Cualquier otro documento adicional requerido.** | | | | | | | |
| 1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de equipos Biomédicos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2011 – 2012 – 2013 – 2014-2015), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 30% (treinta) del valor de su oferta. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2. Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Ing. Daniel Vera
Electromedicina A.I. y C
IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Autorización del fabricante:<br>a) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal.<br>b) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante<br>c) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.<br>Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección VI. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4. Certificado o constancia de habilitación vigente del servicio técnico, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5. Constancia vigente de inscripción como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social vigente. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 6. Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado, esta podrá ser presentada en copia simple al momento de la apertura de ofertas.<br>Para la firma del contrato el documento deberá estar legalizado por el consulado paraguayo del país de origen. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7. Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar Servicio técnico en la marca de los bienes ofertados. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 8. Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 9. Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 10. Copia Autenticada del Impuesto a la Renta de los tres últimos años (2013, 2014 y 2015). | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 11. Balance de los tres últimos años 2013, 2014 y 2015. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 12. Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 13. Copia Autenticada Patente Municipal Vigente | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 14. Certificado de cumplimiento tributario Vigente. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

Ing. [illegible] Vittale
Coordinador [illegible] de Recursos Tecnológicos de Salud

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Certificado de Origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia.<br>La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

Instituto de Previsión Social
Lic. Claudia Ma. Cuevas A.
Operativa de Contrataciones

## 11. CAPACIDAD FINANCIERA:

| ALBATROS S.A.C.I | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Promedio | Observación |
| Ratio de Liquidez | Activo corriente | 20.707.958.770 | 1,21 | 9.329.622.462 | 1,92 | 6.509.317.122 | 3,11 | 2,08 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | 17.135.144.668 | | 4.849.203.430 | | 2.095.001.886 | | | |
| Endeudamiento | Pasivo total | 485.722.459 | 0,02 | 4.849.203.430 | 0,51 | 2.095.001.886 | 0,26 | 0,26 | CUMPLE |
| | Activo total | 20.978.909.098 | | 9.500.666.036 | | 8.077.998.603 | | | |
| Rentabiliad | Utilidad neta | 598.626.394 | 0,36 | 2.047.838.819 | 1,24 | 3.461.898.747 | 2,10 | 1,23 | CUMPLE |
| | Capital | 1.650.000.000 | | 1.650.000.000 | | 1.650.000.000 | | | |
| Capital | Activo corriente | 20.707.958.770 | | 9.329.622.462 | | 6.509.317.122 | 4.414.315.236 | 207.900.000 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | 17.135.144.668 | | 4.849.203.430 | | 2.095.001.886 | | | |
| | | | | | | | | | 1.248.400.000 |

| CODEX S.R.L. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Promedio | Observación |
| Ratio de Liquidez | Activo corriente | 9.674.934.123 | 1,91 | 9.064.214.785 | 2,36 | 14.776.039.262 | 2,20 | 2,16 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | 5.064.298.773 | | 3.842.177.396 | | 6.713.353.072 | | | |
| Endeudamiento | Pasivo total | 5.064.298.773 | 0,47 | 3.842.177.396 | 0,38 | 6.713.353.072 | 0,42 | 0,43 | CUMPLE |
| | Activo total | 10.715.796.807 | | 10.105.844.978 | | 15.895.108.694 | | | |
| Rentabiliad | Utilidad neta | 4.084.799.902 | 8,17 | 3.470.671.934 | 1,74 | 4.507.940.213 | 2,25 | 4,05 | CUMPLE |
| | Capital | 500.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | | |
| Capital | Activo corriente | 9.674.934.123 | | 9.064.214.785 | | 14.776.039.262 | 8.062.686.190 | 335.700.000 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | 5.064.298.773 | | 3.842.177.396 | | 6.713.353.072 | | | |
| | | | | 2.238.000.000 | | | | | |

| DGR INTERNACIONAL S.R.L. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Promedio | Observación |
| Ratio de Liquidez | Activo corriente | 2.184.775.800 | 101,13 | 2.556.714.238 | 20,86 | 2.996.678.840 | 6,47 | 42,82 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | 21.602.738 | | 122.587.210 | | 463.348.201 | | | |
| Endeudamiento | Pasivo total | 21.602.738 | 0,01 | 122.587.210 | 0,05 | 3.067.351.294 | 1,00 | 0,35 | CUMPLE |
| | Activo total | 2.362.620.805 | | 2.681.937.544 | | 3.067.351.294 | | | |
| Rentabiliad | Utilidad neta | 26.896.470 | 0,01 | 200.286.051 | 0,09 | 38.732.294 | 0,02 | 0,04 | CUMPLE |
| | Capital | 2.200.000.000 | | 2.200.000.000 | | 2.200.000.000 | | | |
| Capital | Activo corriente | 2.184.775.800 | | 2.556.714.238 | | 2.996.678.840 | 2.533.330.639 | 357.435.000 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | 21.602.738 | | 122.587.210 | | 463.348.201 | | | |
| | | | | | | | | | 2.382.900.000 |

Instituto de Previsión Social
Dra. Olga Lola Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Daniel Vera
Jefe de Seccion
Electromedicina A.I. y C
IPS

| CATETERES Y AFINES S.A. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Promedio | Observaciones |
| Ratio de Liquidez | Activo corriente | 6.591.035.186 | 89.88 | 10.641.047.227 | 3,05 | 16.964.805.645 | 36,84 | 43,26 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | 73.330.294 | | 3.483.306.004 | | 460.518.319 | | | |
| Endeudamiento | Pasivo total | 73.330.294 | 0,01 | 3.483.306.004 | 0,29 | 3.398.160.219 | 0.19 | 0,16 | CUMPLE |
| | Activo total | 7.975.386.720 | | 11.967.691.622 | | 18.215.264.273 | | | |
| Rentabiliad | Utilidad neta | 2.397.993.737 | 2,40 | 1.447.900.131 | 0,24 | 5.967.791.490 | 0.99 | 1,21 | CUMPLE |
| | Capital | 1.000.000.000 | | 6.000.000.000 | | 6.000.000.000 | | | |
| Capital | Activo corriente | 6.591.035.186 | | 10.641.047.227 | | 16.964.805.645 | 16.504.287.326 | 89.970.000 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | 73.330.294 | | 3.483.306.004 | | 460.518.319 | | | |
| 599.800.000 | | | | | | | | | |

| B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Promedio | Observaciones |
| Ratio de Liquidez | Activo corriente | 49.205.127.139 | 1,93 | 44.257.887.653 | 2,81 | 76.259.904.090 | 3.39 | 2,71 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | 25.492.951.325 | | 15.773.536.890 | | 22.475.766.964 | | | |
| Endeudamiento | Pasivo total | 40.080.269.623 | 0,48 | 31.902.728.890 | 0,53 | 54.539.620.502 | 0.62 | 0,54 | CUMPLE |
| | Activo total | 83.140.074.150 | | 60.001.814.125 | | 88.668.907.434 | | | |
| Rentabiliad | Utilidad neta | 796.430.912 | 0,04 | 4.835.859.538 | 2,70 | 5.841.176.654 | 3.26 | 2,00 | CUMPLE |
| | Capital | 20.621.000.000 | | 1.789.600.000 | | 1.789.600.000 | | | |
| Capital | Activo corriente | 49.205.127.139 | | 44.257.887.653 | | 76.259.904.090 | 53.784.137.126 | 191.380.500 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | 25.492.951.325 | | 15.773.536.890 | | 22.475.766.964 | | | |
| 1.275.869.999 | | | | | | | | | |

| CHARPENTIER S.R.L. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | Promedio | Observaciones |
| Ratio de Liquidez | Activo corriente | 4.881.705.153 | 5,25 | 6.360.182.144 | 6,42 | 6.386.203.907 | 68,66 | 26,78 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | 929.248.219 | | 990.875.847 | | 93.010.145 | | | |
| Endeudamiento | Pasivo total | 929.248.219 | 0,18 | 990.875.847 | 0,15 | 93.010.145 | 0.01 | 0,11 | CUMPLE |
| | Activo total | 5.221.414.552 | | 6.741.298.714 | | 6.927.257.912 | | | |
| Rentabiliad | Utilidad neta | 510.920.213 | 0,29 | 1.517.422.050 | 0,87 | 1.021.331.464 | 0.58 | 0,58 | CUMPLE |
| | Capital | 1.750.000.000 | | 1.750.000.000 | | 1.750.000.000 | | | |
| Capital | Activo corriente | 4.881.705.153 | | 6.360.182.144 | | 6.509.317.122 | 4.414.315.236 | 424.284.150 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | 929.248.219 | | 990.875.847 | | 2.095.001.886 | | | |
| 2.828.561.000 | | | | | | | | | |

Instituto de Previsión Social
Sra. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Daniel Vera
Jefe de Seccion
Electromedicina A.I. y C
IPS

## 12. RECOMENDACIONES DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente y de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario; y los criterios de evaluación y calificación estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos, además de la mención de que los precios fueron analizados según Resolución DNCP N° 956/16 y 1173/16, esta comisión Evaluadora eleva a consideración del Consejo de Administración la sugerencia de:

**12.1 DESCALIFICAR** a la empresa **GRUPO IPB S.A.**, según el informe juridico.

**12.2 DESCALIFICAR a la empresa B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A., según informe técnico.**

**12.3 DECLARAR DESIERTO** los items 2, 5 y 7, conforme al Art. 30 inc. *a) que no se hubiera presentado oferta alguna:*

**12.4 ADJUDICAR** a las empresas, **CATETERES & AFINES S.A., CODEX S.R.L., DGR INTERNACIONAL S.R.L., ALBATROS S.A.C.I.,** la ***Licitación Pública Nacional SBE N° 55/16*** **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S." – AD REFERENDUM 2017"** conforme a los cuadros descriptos a continuación:

CATETERES & AFINES S.A.

| ITEM | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCION | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42294215-9999 | Drill/CraneotomoNeuroquirurgico | CONMED LINVATEC | U.S.A. | 3 | 192.600.000 | 577.800.000 |
| MONTO TOTAL ADJUDICADO GUARANIES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL C/IVA | | | | | | | 577.800.000 |

CODEX S.R.L.

| ITEM | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCION | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 42182310-9999 | Equipo de monitoreo neurofisiológico para electromiografía y potencial evocado | MEDTRONIC | USA | 1 | 800.000.000 | 800.000.000 |
| 8 | 42291613-003 | Equipo electrobisturi para monobipolar y ligasure | COVIDIEN | USA | 1 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| MONTO TOTAL ADJUDICADO GUARANIES UN MIL CINCUENTA MILLONES C/IVA | | | | | | | 1.050.000.000 |

**DGR INTERNACIONAL S.R.L.**

| ITEM | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCION | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 42295121-001 | Microscopio neuroquirurgico con navegador | ZEISS | ALEMANIA | 1 | 2.382.900.000 | 2.382.900.000 |
| MONTO TOTAL ADJUDICADO DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL C/IVA | | | | | | | 2.382.900.000 |

**ALBATROS S.A.C.I.**

| ITEM | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCION | MARCA | PROCEDENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 42295009-001 | Frontoluz quirurgico de luz fria | KARL STORZ | ALEMANIA | 2 | 10.750.000 | 21.500.000 |
| 9 | 42294944-998 | Equipo neuroendoscopio con fuente de luz y cámara | KARL STORZ | ALEMANIA | 1 | 650.000.000 | 650.000.000 |
| MONTO TOTAL ADJUDICADO GUARANIES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL C/IVA | | | | | | | 671.500.000 |

**MONTO TOTAL ADJUDICADO LPN SBE 55/16: G. 4.682.200.000.- (GUARANÍES CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL) IVA INCLUIDO.**

## 13. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:

De conformidad a la evaluación realizada el oferente adjudicado deberá presentar para la suscripción del contrato los siguientes documentos:

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos.

Instituto de Previsión Social
Sra. Olga Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Daniel Vera
Jefe de Sección
Electromedicina A.I. y C
IPS

- ✓ Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos.
- ✓ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- ✓ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Es nuestro informe.

.....
**Abog. Cesar Gustavo Ayala Ruiz Diaz**
**Dirección Jurídica**

.....
**Ing. Maria De Lujan Vittale**
**Dirección de Recursos Tecnologicos de Salud**

Instituto de Previsión Social
Lic. Gloria Ma. Cuevas A.
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Daniel Vera
Jefe de Seccion
Electromedicina A.I. y C

.....
**Ing. Edgar Daniel Vera**
**Dirección de Recursos Tecnologicos de Salud**

.....
**Lic. Gloria Maria Cuevas Acuña**
**Dirección Operativa de Contrataciones**