# INFORME DE EVALUACION

## CONTRATACIÓN DIRECTA POR EXCEPCION PLURIANUAL Nº 03/2011

## MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ECÓGRAFO

En la Ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil once, en la oficina de la Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 34 "Instituto Nacional del Cáncer"; sito en Km. 23 ½, Ruta II, Capiatá – Ramal Aregua, se reúnen los integrantes del **Comité de Evaluación**, conformada según Resolución Interna D.G. Nº 04/2010; la **Lic. Judith C. Román Q.,** Administradora; **Lic. Robin Cáceres Vargas**, Jefe de Dpto. de Contrataciones, la **Lic. Celsa R. Cardozo,** Jefa de Adquisición y Suministros y **Sr. Eduardo Espínola**, Dpto. de Contrataciones, a los efectos de proceder al **estudio de ofertas y recomendación de adjudicación** en el marco del Proceso de **Contratación Directa por Excepción Plurianual Nº 03/2011**, Expediente **Nº 365.982.-,** de fecha **25 de octubre de 2011**, realizada para el Servicio de **Mantenimiento y Reparación de Ecógrafo.**

Para la realización del presente **llamado**, se curso invitación a 1 (uno) **empresa**, que se menciona a continuación:

- **JACK FACK S.R.L.**

Se recepcionó **1 (uno) sobre**, presentado por el siguiente oferente

- **JACK FACK S.R.L.**

La apertura de ofertas fue realizada en **fecha 14 de noviembre de 2011**, conforme consta en el **Acta de Apertura de Ofertas** labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe.

Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, según consta en el **Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida"**, el cual forma parte del presente informe.

Se realizo la evaluación técnica de las ofertas, según consta en el **Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas"**, el cual forma parte del presente Informe.

Se procedió a la evaluación de los precios ofertados, según consta en el **Cuadro Comparativo de Ofertas**, el cual forma parte del presente Informe.

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados y en base a la **Resolución S. G. Nº 1.165,** de fecha 21/10/2011, así como las formalidades del proceso, se recomienda la adjudicación en base a lo siguiente:

- Empresa 1 Adjudicada: **JACK FACK S.R.L.**
  Monto Adjudicado: **9.240.000.-**
  Son Guaraníes: **Nueve millones doscientos cuarenta mil.-**
  Ítem Adjudicado: Por el Total

No habiendo otro tema que tratar al respecto del presente proceso, se suscribe el presente acta por los presentes, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en el lugar y fecha de su otorgamiento, previa lectura y ratificación del mismo.

**Lic. Robin Cáceres Vargas**
*Jefe Dpto. de Contrataciones*
*Con Certificación DNCP*

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
DIRECCION GENERAL

**Lic. Judith C. Román Q.**
*Administradora*

**Eduardo Espínola**
*Dpto. de Contrataciones*

**Lic. Celsa R. Cardozo**
*Jefa Dpto. de Adquisición y Suministros*
*Con Certificación DNCP*

# ANEXO "A"

## PLANILLA DE EVALUACION DE LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS
## MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ECÓGRAFO
## CONTRATACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN PLURIANUAL Nº 03/2011

| ITEM | DOCUMENTOS | TIPOS DE DOCUMENTOS | JACK FACK S.R.L. |
|---|---|---|---|
| 1 | El Formulario de Oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 2 | Sustancial | Cumple |
| 2 | Fotocopia simple de la **cédula de identidad** del firmante de la oferta | Formal | Cumple |
| 3 | Fotocopia simple de la **cédula tributaria** del oferente (RUC); | Formal | Cumple |
| 4 | Fotocopia simple de su **última declaración de IVA** | Formal | Cumple |
| 5 | Fotocopia simple de su **última declaración del Impuesto a la Renta** | Formal | Cumple |
| 6 | Fotocopia simple de **los estatutos y sus modificaciones** (en caso de ser persona jurídica) | Formal | Cumple |
| 7 | Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio). | Formal | Cumple |
| 8 | **Declaración jurada** de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley Nº 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas | Sustancial | Cumple |
| 9 | **Declaración jurada** por la cual se garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la organización internacional del trabajo (OIT), el código del trabajo, el código de la niñez y la adolescencia, demás Leyes y Normativas vigentes en la República del Paraguay. | Formal | Cumple |
| 10 | **Certificado Bancario** de poseer Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en un banco de plaza, activo para el estado Paraguayo | Formal | Cumple |
| 11 | Copia autenticada de la documentación legal mediante la cual se sustenta que cuenta con la **"Representación Exclusiva"** del equipo requerido para la marca **TOSHIBA** | Sustancial | Cumple |
| 12 | Certificado de cumplimiento tributario, vigente y actualizado | Formal | Cumple |

**Lic. Robin Cáceres Vargas**
Jefe del Dpto. de Contrataciones
Con Certificación DNCP

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
DIRECCION GENERAL

**Lic. Judith C. Román Q.**
Administradora

**Sr. Eduardo Espinola**
Dpto. de Contrataciones

**Lic. Celsa R. Cardozo**
Jefa Dpto. de Adq. y Suministros
Con Certificación DNCP

# ANEXO "B"

## PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESFECIFICACIONES TECNICAS
## MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ECÓGRAFO
## CONTRATACION DIRECTA POR EXCEPCIÓN PLURIANUAL N° 03/2011

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | JACK FACK S.R.L. |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de Reparación y Mantenimiento Preventivo del equipo de Ecografia marca TOSHIBA, modelo SSA-580 A, Serie Nº E3E0924795, con Código Patrimonial Nº 011-27-07-0249 | **TRABAJOS A REALIZAR EN FORMA SEMESTRAL SEGÚN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE**.<br>- Revisar limpieza externa del Equipo, comprobar que no tenga golpes y que este correctamente fijado.<br>- Comprobar la seguridad de las fijaciones y estructuras propias del equipo.<br>- Verificar el cable y el conector de red. Comprobar el estado de los cables de monitor, impresoras, etc.<br>- Verificar el interruptor principal( accionamiento, bloqueos etc.), revisar fusibles. Comprobar del mismo modo el interruptor principal de impresora(si tuviera).<br>- Comprobar controles e interruptores asi como el panel frontal del equipo.<br>- Comprobar alarmas del equipo provocando su funcionamiento( si fuera posible y si tuviera). Asegurarse del funcionamiento de las señales sonoras( si tuviera).<br>Comprobar el funcionamiento del pedal: todas sus funciones. Revisar los Switches y limpiar si fuera necesario.<br>- Comprobar ruedas y frenos : Accionamiento, suciedad y bloqueos.<br>- Verificar la impresora: Limpieza de cabezal,transmisiones, carro, hacer prueba de impresión.<br>- Comprobar sondas/ trasductores, alojamientos de soporte y cable ( golpes, suciedad, etc.), revisar estado de conectores de las sondas del ecografo.<br>- Comprobar funcionamiento de ventiladores. Limpieza de filtros y cambio de los mismos si fuera necesario. Detectar ruidos de ventiladores.<br>- Verificar el Monitor : Limpieza general, Funcionamiento general, Ajuste de controles de brillo y contraste, Comprobar agotamiento del monitor. | **Cumple** |

**Lic. Robin Cáceres Vargas**
Jefe del Dpto. de Contrataciones
Con Certificación DNCP

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
DIRECCION GENERAL

**Lic. Judith C. Román Q.**
Administradora

**Sr. Eduardo Espínola**
Dpto. de Contrataciones

**Lic. Celsa R. Cardozo**
Jefa Dpto. de Adq. y Suministros
Con Certificación DNCP

INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 34

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## Mantenimiento y Reparación de Ecógrafo - Contratación Directa por Excepción Plurianual Nº: 03/2011

| Ítem | Descripción | Especificación Técnica | JACK FACK S.R.L. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca | Procedencia | Cantidad Solicitada | Precio unitario | Precio Total |
| 1 | Servicio de Reparación y Mantenimiento Preventivo del equipo de Ecografia marca TOSHIBA, modelo SSA-580 A, Serie Nº E3E0924795, con Código Patrimonial Nº 011-27-07-0249 | **TRABAJOS A REALIZAR EN FORMA SEMESTRAL SEGÚN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE.**<br>- Revisar limpieza externa del Equipo, comprobar que no tenga golpes y que este correctamente fijado.<br>- Comprobar la seguridad de las fijaciones y estructuras propias del equipo.<br>- Verificar el cable y el conector de red. Comprobar el estado de los cables de monitor, impresoras, etc.<br>- Verificar el interruptor principal( accionamiento, bloqueos etc.), revisar fusibles. Comprobar del mismo modo el interruptor principal de impresora(si tuviera).<br>- Comprobar controles e interruptores asi como el panel frontal del equipo.<br>- Comprobar alarmas del equipo provocando su funcionamiento( si fuera posible y si tuviera). Asegurarse del funcionamiento de las señales sonoras( si tuviera).<br>- Comprobar el funcionamiento del pedal: todas sus funciones. Revisar los Switches y limpiar si fuera necesario. - Comprobar ruedas y frenos : Accionamiento, suciedad y bloqueos.<br>- Verificar la impresora: Limpieza de cabezal,transmisiones, carro, hacer prueba de impresión.<br>- Comprobar sondas/ trasductores, alojamientos de soporte y cable ( golpes, suciedad, etc.), revisar estado de conectores de las sondas del ecografo.<br>- Comprobar funcionamiento de ventiladores. Limpieza de filtros y cambio de los mismos si fuera necesario. Detectar ruidos de ventiladores. -<br>Verificar el Monitor : Limpieza general, Funcionamiento general, Ajuste de controles de brillo y contraste, Comprobar agotamiento del monitor. | *JACK FACK* | *Nacional* | *2* | 4.620.000 | 9.240.000 |
| | | **TOTAL** | | | | | **9.240.000** |

**Lic. Judith C. Román Q.**
Administradora

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
DIRECCION GENERAL

**Dr. Héctor R. Dami Cañisá**
Director General